附件1

2025年第11-12批次医用耗材目录品种维护申报数据审核结果

注：第11-12批次的数据为2025年10月16日至12月15日期间报送。

												单独收费依据										
序号	医保耗材国家代码(27位国家代码)	单件产品名称	规格	型号	注册证号	对应医保属性	对应医保通用名	是否集采耗材(国家或我市范围)	中选或非中选	所属集采项目	是否为单独收费耗材	医疗服务项目编码	医疗服务项目名称	医疗服务项目内涵	医疗服务项目除外内容	除外耗材名称	适用范围/预期用途	结构及组成/主要组成成分	审核结果	不通过理由	支付限制	备注
1	C01060200700004037970000004	一次性自动活检针	16G X 160mm/N	MO16160-00	国械注进20172142467	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	一次性自动活检针适用于除骨、脑以外的软组织活检。	一次性自动活检针由塑料手柄、针芯、管套组成。配合使用穿刺套管针由套管、针芯、塑料手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2	C01060200700004037970000012	一次性自动活检针	14G X 100mm/N	M014100-00	国械注进20172142467	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	一次性自动活检针适用于除骨、脑以外的软组织活检。	一次性自动活检针由塑料手柄、针芯、管套组成。配合使用穿刺套管针由套管、针芯、塑料手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3	C01060200700004037970000054	一次性自动活检针	18G X 250mm/N	M018250-00	国械注进20172142467	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	一次性自动活检针适用于除骨、脑以外的软组织活检。	一次性自动活检针由塑料手柄、针芯、套管组成。配合使用的穿刺套管针由套管、针芯、塑料手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

4	C01060200700004037970000082	一次性自动活检针	18G X 100mm/N	M018100-00	国械注进20172142467	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	一次性自动活检针适用于除骨、脑以外的软组织活检。	一次性自动活检针由塑料手柄、针芯、管套组成。配合使用穿刺套管针由套管、针芯、塑料手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5	C01060200700004037970000352	一次性自动活检针	17G*110mm/N	CM18160-00	国械注进20172142467	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	一次性自动活检针适用于除骨、脑以外的软组织活检。	一次性自动活检针由塑料手柄、针芯、管套组成。配合使用穿刺套管针由套管、针芯、塑料手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

6	C01060200700004037970000358	一次性自动活检针	13G*50mm/N	C014100-00	国械注进20172142467	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	一次性自动活检针适用于除骨、脑以外的软组织活检。	一次性自动活检针由塑料手柄、针芯、管套组成。配合使用穿刺套管针由套管、针芯、塑料手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

7	C02072400215020124830000006	球囊导引导管	球囊：直径10mm，长10mm,导管外径：2.79mm，长95cm	B0B-895	国械注进20243030134	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于辅助将血管内导管插入和引导至外周和神经血管系统的选定血管中。球囊在进行血管造影时，可暂停闭塞血管。此外，球囊导引导管也可用作取物器械的通路导管。	该产品由球囊导引导管和导引鞘组成。球囊导引导管由排气孔、球囊、不透射线标记、导管导体、应力消除部件及座组成，远端表面带有亲水涂层。环氧乙烷灭菌。一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

8	C14080418500008057020000105	可吸收手术缝合线	12S10D	12S10D	国械注进20163022481	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	该产品主要用于短期的伤口软组织缝合和需要快速吸收的软组织的缝合。常用于普通的皮肤和粘膜闭合手术，特别是应用在儿科，口腔科，外阴切开术，包皮环切术以及眼科手术中的粘膜缝合手术。	该产品是由羟基乙酸聚合物材料制成的可吸收性缝线与不锈钢缝合针组成。缝线表面有己内酯和硬脂酸钙涂层。	通过			第11批

9	C14080418500009057020000252	可吸收手术缝合线	12S30A	12S30A	国械注进20163022481	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	该产品主要用于短期的伤口软组织缝合和需要快速吸收的软组织的缝合。常用于普通的皮肤和粘膜闭合手术，特别是应用在儿科，口腔科，外阴切开术，包皮环切术以及眼科手术中的粘膜缝合手术。	该产品是由羟基乙酸聚合物材料制成的可吸收性缝线与不锈钢缝合针组成。缝线表面有己内酯和硬脂酸钙涂层。	通过			第11批

10	C14080418500009057020000258	可吸收手术缝合线	12S20F	12S20F	国械注进20163022481	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	该产品主要用于短期的伤口软组织缝合和需要快速吸收的软组织的缝合。常用于普通的皮肤和粘膜闭合手术，特别是应用在儿科，口腔科，外阴切开术，包皮环切术以及眼科手术中的粘膜缝合手术。	该产品是由羟基乙酸聚合物材料制成的可吸收性缝线与不锈钢缝合针组成。缝线表面有己内酯和硬脂酸钙涂层。	通过			第11批
11	C01012500400002033120000001	肺叶通气功能检查仪专用导管及接头	Chartis Catheter	Chartis Catheter	国械注进20172081490	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管；包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	用于在由支气管镜检医生在支气管镜检查室内为患有慢性阻塞性肺部疾病（COPD）和肺气肿的成年患者进行诊断性支气管镜检查的过程中	Chartis导管一个，连接装置一个，操作手册一本。无菌装置，与肺叶通气功能检查仪连接，通过支气管镜的工作管道使用。	通过			第11批

12	C0205150011400017393000000 1	远端闭合颅内取栓支架	CR0402EP	CR0402EP	国械注准20253031621	丙类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于在症状发作8小时内移除颅内大血管(包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和椎动脉)中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。	该产品由一个预装在导引鞘内的自膨胀式金属支架连接一根推送导丝组成。支架为远端闭合管状结构，由镍钛合金管体、显影组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

13	C0205150011400017393000000 2	远端闭合颅内取栓支架	CR0404EP	CR0404EP	国械注准20253031621	丙类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于在症状发作8小时内移除颅内大血管(包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和椎动脉)中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。	该产品由一个预装在导引鞘内的自膨胀式金属支架连接一根推送导丝组成。支架为远端闭合管状结构，由镍钛合金管体、显影组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

14	C0205150011400017393000003	远端闭合颅内取栓支架	CR0406EP	CR0406EP	国械注准20253031621	丙类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于在症状发作8小时内移除颅内大血管(包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和椎动脉)中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。	该产品由一个预装在导引鞘内的自膨胀式金属支架连接一根推送导丝组成。支架为远端闭合管状结构，由镍钛合金管体、显影组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

15	C0205150011400017393000004	远端闭合颅内取栓支架	CR0602EP	CR0602EP	国械注准20253031621	丙类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于在症状发作8小时内移除颅内大血管(包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和椎动脉)中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。	该产品由一个预装在导引鞘内的自膨胀式金属支架连接一根推送导丝组成。支架为远端闭合管状结构，由镍钛合金管体、显影组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

16	C0205150011400017393000005	远端闭合颅内取栓支架	CR0604EP	CR0604EP	国械注准20253031621	丙类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于在症状发作8小时内移除颅内大血管(包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和椎动脉)中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。	该产品由一个预装在导引鞘内的自膨胀式金属支架连接一根推送导丝组成。支架为远端闭合管状结构，由镍钛合金管体、显影组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

17	C02051500114000173930000006	远端闭合颅内取栓支架	CR0606EP	CR0606EP	国械注准20253031621	丙类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于在症状发作8小时内移除颅内大血管(包括颈内动脉、大脑中动脉M1和M2段、基底动脉和椎动脉)中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。	该产品由一个预装在导引鞘内的自膨胀式金属支架连接一根推送导丝组成。支架为远端闭合管状结构，由镍钛合金管体、显影组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

18	C01030100114097245010000001	尿路支架系统-输尿管支架	URS-O-R-10-80	URS输尿管支架（无固定架）	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

19	C01030100114097245010000002	尿路支架系统-输尿管支架	URS-O-R-9-200	URS输尿管支架（无固定架）	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

20	C01030100114097245010000005	尿路支架系统-输尿管支架	URS-0-R-8-120	URS输尿管支架(无固定架)	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

21	C01030100114097245010000006	尿路支架系统-输尿管支架	URS-0-R-10-120	URS输尿管支架(无固定架)	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

22	C01030100114097245010000008	尿路支架系统-输尿管支架	URS-0-R-8-100	URS输尿管支架(无固定架)	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

23	C01030100114097245010000011	尿路支架系统-输尿管支架	URS-0-R-10-100	URS输尿管支架(无固定架)	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

24	C01030200114038245010000001	尿路支架系统-尿道支架	RPS-40	RPS环形后尿道支架（膀胱颈部支架）	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

25	C01030200114038245010000002	尿路支架系统-尿道支架	BUS-50	BUS球部尿道支架	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

26	C01030200114038245010000003	尿路支架系统-尿道支架	BUS-60	BUS球部尿道支架	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

27	C01030200114038245010000004	尿路支架系统-尿道支架	BUS-80	BUS球部尿道支架	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

28	C01030200114038245010000007	尿路支架系统-尿道支架	TPS-60	TPS前列腺三角支架,	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

29	C01030200114038245010000008	尿路支架系统-尿道支架	TPS-50	TPS前列腺三角支架,	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

30	C01030200114038245010000009	尿路支架系统-尿道支架	TPS-30	TPS前列腺三角支架,	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批

31	C01030200114038245010000010	尿路支架系统-尿道支架	TPS-40	TPS前列腺三角支架,	国械注进20183130148	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品用于输尿管梗阻、尿道狭窄、膀胱出口梗阻疾病的治疗。其中，RPS适用于创伤、手术失败、感染等病因导致的后尿道狭窄、膀胱出口梗阻；TPS适用于良性前列腺增生、前列腺癌、膀胱颈挛缩等原因导致的膀胱出口梗阻；BUS适用于球部尿道狭窄、前尿道狭窄导致的排尿困难；URS适用于良	该产品由自膨式镍钛记忆合金支架、导管输送系统组成。支架由镍钛合金材料、异丁基三乙氧基硅烷涂层和聚氨酯覆膜制成，用钽作为不透射线标记；导管输送系统是由输送器尿道保护鞘（扩张鞘和扩张芯棒）和配件组成。该产品环氧乙烷灭菌提供，货架有效期2年。一次性使用。	通过			第11批
32	C03160409201004141310000009	定制式手术导板	AB-02S	AB-02S	粤械注准20232040410	丙类	092-导板类	否			是	330607011	水平截骨颏成形术	包括各种不同改良的颏部截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切取	特殊材料	特殊材料	用于截骨时的定位、导向及保护。在使用过程中不会接触中枢神经系统或血液循环系统，不与椎间隙接触。	由高分子材料光敏树脂（主要成分：聚氨酯丙烯酸酯、二脲烷二甲基丙烯酸酯异构体混合物、甲基丙烯酸羟乙酯）制成	通过			第11批

33	C03160409201004141310000016	定制式手术导板	AB-04M	AB-04M	粤械注准20232040410	丙类	092-导板类	否			是	330607001	上颌雷弗特I型截骨术(LeFort)	包括上颌雷弗特(LeFort)I型分块截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切取	特殊材料	特殊材料	用于截骨时的定位、导向及保护。在使用过程中不会接触中枢神经系统或血液循环系统，不与椎间隙接触。	由高分子材料光敏树脂（主要成分：聚氨酯丙烯酸酯、二脲烷二甲基丙烯酸酯异构体混合物、甲基丙烯酸羟乙酯）制成	通过			第11批
34	C08070215400000009570000001	眼用透明质酸钠凝胶	1.0ml	HB-1	国械注准20243161465	丙类	154-粘弹剂类	是-国家	未中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	粘弹剂	用作眼外科手术的填充剂，起手术空间及手术垫作用。眼外科手术包括：白内障摘除术及人工晶体植入术。	该产品是以微生物发酵法制备的透明质酸钠配制而成的凝胶状溶液，灌装在经环氧乙烷灭菌的预灌封注射器中，经高压蒸汽灭菌，配以一次性使用无菌冲洗针，产品透明质酸钠质量浓度为20mg/mL。该产品一次性使用，产品	通过			第11批

35	C080107151030020095700000001	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

36	C0801071510300200957000000 2	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

37	C0801071510300200957000000 3	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

38	C080107151030020095700000004	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

39	C0801071510300200957000000 5	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

40	C0801071510300200957000000 6	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

41	C0801071510300200957000000 7	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

42	C0801071510300200957000000 8	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

43	C0801071510300200957000009	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

44	C0801071510300200957000001 0	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

45	C0801071510300200957000001 1	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

46	C0801071510300200957000012	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

47	C0801071510300200957000001 3	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

48	C0801071510300200957000001 4	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

49	C0801071510300200957000001 5	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

50	C08010715103002009570000016	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

51	C0801071510300200957000017	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

52	C0801071510300200957000001 8	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

53	C0801071510300200957000001 9	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

54	C0801071510300200957000002	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

55	C0801071510300200957000002 1	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

56	C080107151030020095700000022	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

57	C0801071510300200957000002 3	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

58	C0801071510300200957000002 4	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

59	C0801071510300200957000002 5	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

60	C0801071510300200957000026	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

61	C0801071510300200957000002 7	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

62	C0801071510300200957000002 8	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

63	C0801071510300200957000002 9	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

64	C0801071510300200957000003 0	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

65	C0801071510300200957000003 1	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

66	C0801071510300200957000003 2	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

67	C0801071510300200957000003 3	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

68	C0801071510300200957000003 4	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

69	C0801071510300200957000003 5	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

70	C08010715103002009570000036	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

71	C080107151030020095700000037	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

72	C0801071510300200957000003 8	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

73	C0801071510300200957000003 9	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

74	C0801071510300200957000004 0	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

75	C080107151030020095700000041	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

76	C0801071510300200957000004 2	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

77	C080107151030020095700000043	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

78	C0801071510300200957000004 4	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

79	C0801071510300200957000004 5	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

80	C0801071510300200957000004 6	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

81	C0801071510300200957000004 7	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

82	C0801071510300200957000004 8	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

83	C08010715103002009570000049	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

84	C0801071510300200957000005O	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

85	C0801071510300200957000005 1	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

86	C0801071510300200957000005 2	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

87	C0801071510300200957000005 3	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

88	C0801071510300200957000005 4	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

89	C080107151030020095700000055	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

90	C0801071510300200957000005 6	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

91	C080107151030020095700000057	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

92	C08010715103002009570000058	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

93	C0801071510300200957000005 9	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

94	C0801071510300200957000006 0	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

95	C0801071510300200957000006 1	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

96	C0801071510300200957000006 2	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

97	C080107151030020095700000063	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

98	C0801071510300200957000006 4	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

99	C0801071510300200957000006 5	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

100	C0801071510300200957000006	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

101	C0801071510300200957000006 7	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

102	C0801071510300200957000006 8	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

103	C080107151030020095700000069	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

104	C0801071510300200957000007 0	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

105	C0801071510300200957000007 1	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

106	C0801071510300200957000007 2	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

107	C0801071510300200957000007 3	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

108	C0801071510300200957000007 4	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

109	C0801071510300200957000007 5	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

110	C08010715103002009570000076	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

111	C0801071510300200957000007	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

112	C0801071510300200957000007 8	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

113	C0801071510300200957000007 9	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

114	C0801071510300200957000008 0	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

115	C080107151030020095700000081	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

116	C0801071510300200957000008 2	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

117	C0801071510300200957000008 3	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

118	C0801071510300200957000008 4	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

119	C080107151030020095700000085	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

120	C0801071510300200957000008 6	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

121	C0801071510300200957000008 7	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

122	C0801071510300200957000008 8	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

123	C0801071510300200957000008 9	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

124	C0801071510300200957000009 0	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

125	C0801071510300200957000009 1	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

126	C080107151030020095700000092	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

127	C0801071510300200957000009 3	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

128	C0801071510300200957000009 4	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

129	C0801071510300200957000009 5	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

130	C0801071510300200957000009 6	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

131	C0801071510300200957000009 7	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

132	C0801071510300200957000009 8	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

133	C0801071510300200957000009	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

134	C08010715103002009570000100	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

135	C0801071510300200957000010 1	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

136	C0801071510300200957000010 2	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

137	C0801071510300200957000010 3	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

138	C0801071510300200957000010 4	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

139	C0801071510300200957000010 5	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

140	C0801071510300200957000010 6	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

141	C0801071510300200957000010 7	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

142	C0801071510300200957000010 8	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

143	C0801071510300200957000010 9	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

144	C0801071510300200957000011 0	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

145	C0801071510300200957000011	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

146	C0801071510300200957000011 2	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

147	C0801071510300200957000011 3	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

148	C0801071510300200957000011 4	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

149	C0801071510300200957000011 5	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

150	C0801071510300200957000011 6	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

151	C0801071510300200957000011 7	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

152	C0801071510300200957000011 8	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

153	C0801071510300200957000011 9	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

154	C0801071510300200957000012	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

155	C0801071510300200957000012 1	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

156	C08010715103002009570000122	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

157	C0801071510300200957000012 3	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

158	C0801071510300200957000012 4	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

159	C0801071510300200957000012 5	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

160	C0801071510300200957000012 6	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

161	C0801071510300200957000012 7	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

162	C0801071510300200957000012 8	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

163	C0801071510300200957000012 9	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

164	C0801071510300200957000013 0	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

165	C0801071510300200957000013 1	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

166	C0801071510300200957000013 2	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

167	C0801071510300200957000013 3	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

168	C0801071510300200957000013 4	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

169	C0801071510300200957000013 5	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

170	C0801071510300200957000013 6	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

171	C0801071510300200957000013	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

172	C0801071510300200957000013 8	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

173	C0801071510300200957000013 9	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

174	C0801071510300200957000014	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

175	C080107151030020095700000141	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

176	C0801071510300200957000014 2	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

177	C0801071510300200957000014 3	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

178	C080107151030020095700000144	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

179	C0801071510300200957000014 5	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

180	C0801071510300200957000014 6	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

181	C080107151030020095700000147	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

182	C0801071510300200957000014 8	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

183	C0801071510300200957000014 9	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

184	C0801071510300200957000015 0	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

185	C0801071510300200957000015 1	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

186	C0801071510300200957000015 2	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

187	C080107151030020095700000153	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

188	C0801071510300200957000015 4	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

189	C080107151030020095700000155	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

190	C0801071510300200957000015 6	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

191	C0801071510300200957000015 7	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

192	C0801071510300200957000015 8	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

193	C0801071510300200957000015 9	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

194	C0801071510300200957000016 0	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

195	C0801071510300200957000016 1	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

196	C0801071510300200957000016 2	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

197	C0801071510300200957000016 3	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

198	C0801071510300200957000016 4	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

199	C0801071510300200957000016 5	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

200	C0801071510300200957000016	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

201	C0801071510300200957000016 7	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

202	C0801071510300200957000016 8	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

203	C0801071510300200957000016 9	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

204	C0801071510300200957000017 0	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

205	C0801071510300200957000017l	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

206	C080107151030020095700001 72	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

207	C0801071510300200957000017 3	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

208	C0801071510300200957000017 4	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

209	C0801071510300200957000017 5	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

210	C0801071510300200957000017 6	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

211	C0801071510300200957000017	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

212	C0801071510300200957000017 8	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

213	C0801071510300200957000017 9	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

214	C0801071510300200957000018 0	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

215	C0801071510300200957000018 1	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

216	C0801071510300200957000018 2	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

217	C0801071510300200957000018 3	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

218	C0801071510300200957000018 4	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

219	C0801071510300200957000018 5	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

220	C0801071510300200957000018 6	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

221	C080107151030020095700000187	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

222	C0801071510300200957000018 8	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

223	C0801071510300200957000018 9	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

224	C0801071510300200957000019 0	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

225	C0801071510300200957000019 1	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

226	C0801071510300200957000019 2	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

227	C0801071510300200957000019 3	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

228	C0801071510300200957000019 4	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

229	C0801071510300200957000019 5	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

230	C0801071510300200957000019 6	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

231	C0801071510300200957000019 7	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

232	C0801071510300200957000019 8	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

233	C0801071510300200957000019	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

234	C0801071510300200957000020	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

235	C0801071510300200957000020 1	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

236	C0801071510300200957000020 2	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

237	C0801071510300200957000020 3	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

238	C0801071510300200957000020 4	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

239	C0801071510300200957000020 5	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

240	C0801071510300200957000020 6	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

241	C0801071510300200957000020 7	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

242	C0801071510300200957000020 8	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

243	C0801071510300200957000020 9	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

244	C0801071510300200957000021 0	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

245	C0801071510300200957000021 1	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

246	C0801071510300200957000021 2	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

247	C0801071510300200957000021 3	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

248	C0801071510300200957000021 4	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

249	C0801071510300200957000021 5	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

250	C0801071510300200957000021 6	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

251	C0801071510300200957000021 7	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

252	C0801071510300200957000021 8	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

253	C0801071510300200957000021 9	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

254	C0801071510300200957000022	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

255	C0801071510300200957000022 1	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

256	C0801071510300200957000022	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

257	C0801071510300200957000022 3	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

258	C0801071510300200957000022 4	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

259	C0801071510300200957000022 5	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

260	C0801071510300200957000022 6	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

261	C0801071510300200957000022 7	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

262	C0801071510300200957000022 8	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

263	C0801071510300200957000022 9	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

264	C0801071510300200957000023	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

265	C0801071510300200957000023 1	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

266	C0801071510300200957000023 2	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

267	C0801071510300200957000023	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

268	C0801071510300200957000023 4	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

269	C0801071510300200957000023 5	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

270	C08010715103002009570000236	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

271	C0801071510300200957000023 7	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

272	C0801071510300200957000023 8	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

273	C0801071510300200957000023 9	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

274	C0801071510300200957000024 0	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

275	C080107151030020095700000241	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

276	C0801071510300200957000024 2	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

277	C0801071510300200957000024 3	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

278	C0801071510300200957000024	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

279	C0801071510300200957000024 5	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

280	C0801071510300200957000024 6	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

281	C080107151030020095700000247	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

282	C08010715103002009570000248	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

283	C0801071510300200957000024 9	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

284	C0801071510300200957000025 0	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

285	C080107151030020095700000251	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

286	C0801071510300200957000025 2	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

287	C080107151030020095700002253	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

288	C0801071510300200957000025 4	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

289	C0801071510300200957000025 5	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

290	C0801071510300200957000025 6	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

291	C0801071510300200957000025 7	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

292	C0801071510300200957000025 8	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

293	C0801071510300200957000025 9	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

294	C0801071510300200957000026 0	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

295	C0801071510300200957000026 1	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

296	C0801071510300200957000026 2	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

297	C08010715103002009570000263	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

298	C0801071510300200957000026 4	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

299	C0801071510300200957000026 5	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

300	C0801071510300200957000026	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

301	C0801071510300200957000026 7	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

302	C0801071510300200957000026 8	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

303	C0801071510300200957000026 9	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

304	C0801071510300200957000027	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

305	C0801071510300200957000027 1	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

306	C0801071510300200957000027 2	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

307	C0801071510300200957000027 3	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

308	C080107151030020095700002 74	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

309	C0801071510300200957000027 5	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

310	C0801071510300200957000027 6	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

311	C080107151030020095700002 77	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

312	C0801071510300200957000027 8	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

313	C0801071510300200957000027 9	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

314	C0801071510300200957000028 0	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

315	C0801071510300200957000028 1	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

316	C0801071510300200957000028 2	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

317	C0801071510300200957000028 3	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

318	C0801071510300200957000028 4	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

319	C0801071510300200957000028 5	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

320	C0801071510300200957000028 6	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

321	C0801071510300200957000028 7	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

322	C0801071510300200957000028	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

323	C0801071510300200957000028 9	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

324	C0801071510300200957000029 0	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

325	C0801071510300200957000029 1	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

326	C0801071510300200957000029 2	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

327	C0801071510300200957000029 3	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

328	C0801071510300200957000029 4	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

329	C0801071510300200957000029 5	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

330	C0801071510300200957000029 6	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

331	C0801071510300200957000029 7	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

332	C080107151030020095700002 98	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

333	C0801071510300200957000029	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

334	C0801071510300200957000030	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

335	C0801071510300200957000030 1	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

336	C0801071510300200957000030 2	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

337	C0801071510300200957000030 3	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

338	C0801071510300200957000030 4	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

339	C0801071510300200957000030 5	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

340	C0801071510300200957000030 6	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

341	C080107151030020095700003 07	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

342	C0801071510300200957000030 8	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

343	C080107151030020095700003 09	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

344	C0801071510300200957000031 0	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

345	C080107151030020095700003 11	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

346	C0801071510300200957000031 2	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

347	C0801071510300200957000031 3	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

348	C0801071510300200957000031 4	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

349	C0801071510300200957000031 5	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

350	C0801071510300200957000031 6	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

351	C0801071510300200957000031 7	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

352	C0801071510300200957000031 8	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

353	C0801071510300200957000031 9	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

354	C0801071510300200957000032 0	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

355	C080107151030020095700003321	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

356	C0801071510300200957000032 2	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

357	C0801071510300200957000032 3	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

358	C0801071510300200957000032 4	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

359	C0801071510300200957000032 5	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

360	C0801071510300200957000032 6	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

361	C080107151030020095700003 27	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

362	C0801071510300200957000032 8	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

363	C0801071510300200957000032 9	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

364	C0801071510300200957000033	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

365	C0801071510300200957000033 1	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

366	C0801071510300200957000033 2	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

367	C0801071510300200957000033	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

368	C0801071510300200957000033 4	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

369	C0801071510300200957000033 5	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

370	C0801071510300200957000033 6	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

371	C0801071510300200957000033 7	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

372	C0801071510300200957000033 8	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

373	C080107151030020095700003339	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

374	C080107151030020095700003340	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

375	C080107151030020095700003341	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

376	C08010715103002009570000342	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

377	C0801071510300200957000034 3	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

378	C0801071510300200957000034 4	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

379	C0801071510300200957000034 5	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

380	C0801071510300200957000034 6	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

381	C0801071510300200957000034 7	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

382	C0801071510300200957000034 8	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

383	C08010715103002009570000349	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

384	C0801071510300200957000035 0	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

385	C0801071510300200957000035 1	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

386	C0801071510300200957000035 2	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

387	C0801071510300200957000035 3	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

388	C080107151030020095700003354	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

389	C0801071510300200957000035 5	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

390	C080107151030020095700003 56	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

391	C0801071510300200957000035 7	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

392	C0801071510300200957000035 8	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

393	C080107151030020095700003 59	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

394	C0801071510300200957000036	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

395	C0801071510300200957000036 1	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

396	C0801071510300200957000036 2	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

397	C0801071510300200957000036 3	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

398	C0801071510300200957000036 4	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

399	C0801071510300200957000036 5	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

400	C0801071510300200957000036	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

401	C08010715103002009570000367	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

402	C0801071510300200957000036 8	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

403	C0801071510300200957000036 9	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

404	C080107151030020095700003 70	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

405	C0801071510300200957000037 1	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

406	C0801071510300200957000037 2	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

407	C08010715103002009570000373	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

408	C080107151030020095700003 74	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

409	C08010715103002009570000375	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

410	C080107151030020095700003 76	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

411	C0801071510300200957000037	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

412	C0801071510300200957000037 8	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

413	C0801071510300200957000037 9	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

414	C0801071510300200957000038	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

415	C080107151030020095700003 81	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

416	C0801071510300200957000038 2	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

417	C080107151030020095700003 83	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

418	C0801071510300200957000038 4	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

419	C0801071510300200957000038 5	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

420	C0801071510300200957000038 6	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

421	C08010715103002009570000387	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

422	C0801071510300200957000038	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

423	C0801071510300200957000038 9	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

424	C080107151030020095700003900	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

425	C0801071510300200957000039 1	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

426	C0801071510300200957000039 2	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

427	C0801071510300200957000039 3	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

428	C0801071510300200957000039 4	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

429	C0801071510300200957000039 5	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

430	C0801071510300200957000039 6	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

431	C0801071510300200957000039 7	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

432	C0801071510300200957000039 8	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

433	C0801071510300200957000039	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

434	C0801071510300200957000040	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

435	C0801071510300200957000040 1	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

436	C0801071510300200957000040 2	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

437	C0801071510300200957000040 3	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

438	C080107151030020095700004 04	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

439	C0801071510300200957000040 5	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

440	C0801071510300200957000040 6	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

441	C0801071510300200957000040 7	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

442	C0801071510300200957000040 8	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

443	C0801071510300200957000040 9	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

444	C0801071510300200957000041 0	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

445	C0801071510300200957000041 1	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

446	C080107151030020095700000412	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

447	C080107151030020095700000413	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

448	C0801071510300200957000041 4	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

449	C0801071510300200957000041 5	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

450	C0801071510300200957000041 6	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

451	C0801071510300200957000041 7	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

452	C0801071510300200957000041 8	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

453	C0801071510300200957000041 9	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

454	C080107151030020095700004 20	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

455	C0801071510300200957000042 1	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

456	C0801071510300200957000042 2	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

457	C0801071510300200957000042 3	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

458	C0801071510300200957000042 4	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

459	C0801071510300200957000042 5	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

460	C0801071510300200957000042 6	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

461	C0801071510300200957000042 7	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

462	C0801071510300200957000042 8	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

463	C0801071510300200957000042 9	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

464	C080107151030020095700004300	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

465	C0801071510300200957000043 1	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

466	C0801071510300200957000043 2	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

467	C080107151030020095700000433	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

468	C0801071510300200957000043 4	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

469	C0801071510300200957000043 5	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

470	C0801071510300200957000043 6	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

471	C0801071510300200957000043 7	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

472	C0801071510300200957000043 8	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

473	C08010715103002009570000439	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

474	C08010715103002009570000440	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

475	C080107151030020095700000441	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

476	C080107151030020095700004442	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

477	C0801071510300200957000044 3	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

478	C080107151030020095700004444	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

479	C0801071510300200957000044 5	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

480	C08010715103002009570000446	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

481	C08010715103002009570000447	有晶体眼人工晶状体	-10.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

482	C0801071510300200957000044 8	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

483	C0801071510300200957000044 9	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

484	C0801071510300200957000045 0	有晶体眼人工晶状体	-7.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

485	C080107151030020095700000451	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

486	C08010715103002009570000452	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

487	C080107151030020095700000453	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

488	C080107151030020095700004 54	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

489	C0801071510300200957000045 5	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

490	C0801071510300200957000045 6	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

491	C0801071510300200957000045 7	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

492	C0801071510300200957000045 8	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

493	C0801071510300200957000045 9	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

494	C0801071510300200957000046 0	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

495	C0801071510300200957000046 1	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

496	C0801071510300200957000046 2	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

497	C08010715103002009570000463	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

498	C0801071510300200957000046 4	有晶体眼人工晶状体	-17.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

499	C0801071510300200957000046 5	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

500	C0801071510300200957000046	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

501	C0801071510300200957000046 7	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

502	C0801071510300200957000046 8	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

503	C0801071510300200957000469	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

504	C0801071510300200957000047 0	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

505	C0801071510300200957000047 1	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

506	C0801071510300200957000047 2	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

507	C080107151030020095700004 73	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

508	C08010715103002009570000474	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

509	C0801071510300200957000047 5	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

510	C0801071510300200957000047 6	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

511	C0801071510300200957000047	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

512	C0801071510300200957000047 8	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

513	C0801071510300200957000047 9	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

514	C0801071510300200957000048 0	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

515	C0801071510300200957000048 1	有晶体眼人工晶状体	-16.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

516	C0801071510300200957000048 2	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

517	C0801071510300200957000048 3	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

518	C0801071510300200957000048 4	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

519	C0801071510300200957000048 5	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

520	C0801071510300200957000048 6	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

521	C080107151030020095700004 87	有晶体眼人工晶状体	-7.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

522	C0801071510300200957000048	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

523	C0801071510300200957000048 9	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

524	C0801071510300200957000049 0	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

525	C0801071510300200957000049 1	有晶体眼人工晶状体	-17.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

526	C08010715103002009570000492	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

527	C08010715103002009570000493	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

528	C08010715103002009570000494	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

529	C0801071510300200957000049 5	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

530	C0801071510300200957000049 6	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

531	C0801071510300200957000049 7	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

532	C0801071510300200957000049 8	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

533	C0801071510300200957000049 9	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

534	C0801071510300200957000050	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

535	C0801071510300200957000050 1	有晶体眼人工晶状体	-14.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

536	C0801071510300200957000050 2	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

537	C0801071510300200957000050 3	有晶体眼人工晶状体	-16.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

538	C0801071510300200957000050 4	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

539	C0801071510300200957000050 5	有晶体眼人工晶状体	-15.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

540	C0801071510300200957000050 6	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

541	C0801071510300200957000050 7	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

542	C080107151030020095700005 08	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

543	C08010715103002009570000509	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

544	C0801071510300200957000051 0	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

545	C080107151030020095700000511	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

546	C08010715103002009570000512	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

547	C0801071510300200957000051 3	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

548	C080107151030020095700000514	有晶体眼人工晶状体	-9.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

549	C08010715103002009570000515	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

550	C08010715103002009570000516	有晶体眼人工晶状体	-12.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

551	C0801071510300200957000051 7	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

552	C0801071510300200957000051 8	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

553	C0801071510300200957000051 9	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

554	C0801071510300200957000052 0	有晶体眼人工晶状体	-5.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

555	C0801071510300200957000052 1	有晶体眼人工晶状体	-14.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

556	C0801071510300200957000052 2	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

557	C0801071510300200957000052 3	有晶体眼人工晶状体	-7.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

558	C0801071510300200957000052 4	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

559	C080107151030020095700000525	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

560	C08010715103002009570000526	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

561	C0801071510300200957000052 7	有晶体眼人工晶状体	-3.75D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

562	C0801071510300200957000052 8	有晶体眼人工晶状体	-12.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

563	C08010715103002009570000529	有晶体眼人工晶状体	-5.00D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

564	C0801071510300200957000053 0	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

565	C0801071510300200957000053 1	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

566	C0801071510300200957000053 2	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

567	C0801071510300200957000053 3	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

568	C0801071510300200957000053 4	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

569	C08010715103002009570000535	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

570	C080107151030020095700005 36	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

571	C0801071510300200957000053 7	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

572	C0801071510300200957000053 8	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

573	C0801071510300200957000053 9	有晶体眼人工晶状体	-15.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

574	C0801071510300200957000054 0	有晶体眼人工晶状体	-15.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

575	C08010715103002009570000541	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

576	C08010715103002009570000542	有晶体眼人工晶状体	-8.25D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

577	C0801071510300200957000054 3	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

578	C080107151030020095700005544	有晶体眼人工晶状体	-8.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

579	C0801071510300200957000054 5	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

580	C08010715103002009570000546	有晶体眼人工晶状体	-5.25D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

581	C080107151030020095700005 47	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

582	C080107151030020095700005 48	有晶体眼人工晶状体	-3.25D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

583	C08010715103002009570000549	有晶体眼人工晶状体	-13.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

584	C0801071510300200957000055 0	有晶体眼人工晶状体	-10.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

585	C080107151030020095700000551	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

586	C08010715103002009570000552	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

587	C08010715103002009570000553	有晶体眼人工晶状体	-5.75D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

588	C0801071510300200957000055 4	有晶体眼人工晶状体	-17.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

589	C08010715103002009570000555	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

590	C0801071510300200957000055 6	有晶体眼人工晶状体	-12.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

591	C0801071510300200957000055 7	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

592	C0801071510300200957000055 8	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

593	C080107151030020095700005559	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

594	C0801071510300200957000056O	有晶体眼人工晶状体	-14.75D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

595	C0801071510300200957000056 1	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

596	C0801071510300200957000056 2	有晶体眼人工晶状体	-11.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

597	C0801071510300200957000056 3	有晶体眼人工晶状体	-4.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

598	C0801071510300200957000056 4	有晶体眼人工晶状体	-16.00D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

599	C0801071510300200957000056 5	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

600	C0801071510300200957000056	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

601	C0801071510300200957000056 7	有晶体眼人工晶状体	-13.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

602	C0801071510300200957000056 8	有晶体眼人工晶状体	-11.25D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

603	C0801071510300200957000056 9	有晶体眼人工晶状体	-9.00D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

604	C0801071510300200957000057 0	有晶体眼人工晶状体	-13.25D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

605	C0801071510300200957000057 1	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

606	C080107151030020095700005 72	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

607	C0801071510300200957000057 3	有晶体眼人工晶状体	-13.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

608	C0801071510300200957000057 4	有晶体眼人工晶状体	-8.00D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

609	C0801071510300200957000057 5	有晶体眼人工晶状体	-11.75D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

610	C08010715103002009570000576	有晶体眼人工晶状体	-6.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

611	C0801071510300200957000057	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

612	C0801071510300200957000057 8	有晶体眼人工晶状体	-4.50D	PR127	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

613	C0801071510300200957000057 9	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

614	C0801071510300200957000058 0	有晶体眼人工晶状体	-16.25D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

615	C0801071510300200957000058 1	有晶体眼人工晶状体	-4.25D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

616	C0801071510300200957000058 2	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

617	C0801071510300200957000058 3	有晶体眼人工晶状体	-17.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

618	C080107151030020095700005 84	有晶体眼人工晶状体	-15.75D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

619	C0801071510300200957000058 5	有晶体眼人工晶状体	-9.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

620	C0801071510300200957000058 6	有晶体眼人工晶状体	-3.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

621	C0801071510300200957000058 7	有晶体眼人工晶状体	-12.50D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

622	C0801071510300200957000058	有晶体眼人工晶状体	-6.00D	PR124	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

623	C0801071510300200957000058 9	有晶体眼人工晶状体	-18.00D	PR136	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

624	C0801071510300200957000059O	有晶体眼人工晶状体	-10.25D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

625	C0801071510300200957000059 1	有晶体眼人工晶状体	-7.50D	PR130	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

626	C0801071510300200957000059 2	有晶体眼人工晶状体	-11.00D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

627	C0801071510300200957000059 3	有晶体眼人工晶状体	-8.75D	PR118	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

628	C0801071510300200957000059 4	有晶体眼人工晶状体	-10.00D	PR133	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

629	C0801071510300200957000059 5	有晶体眼人工晶状体	-9.50D	PR142	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

630	C0801071510300200957000059 6	有晶体眼人工晶状体	-14.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

631	C0801071510300200957000059 7	有晶体眼人工晶状体	-6.75D	PR121	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

632	C0801071510300200957000059 8	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

633	C0801071510300200957000059	有晶体眼人工晶状体	-6.50D	PR115	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

634	C0801071510300200957000060	有晶体眼人工晶状体	-4.75D	PR139	国械注准20253160001	丙类	151-人工晶状体类	否			是	330406009	二期人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂	人工晶体	该产品用于成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-3.25D~-18.00D的近视度数。	该产品为一件式可折叠后房型有晶体眼人工晶状体，四角平板襻型，主体和支撑部分均由平衡型丙烯酸酯材料制成，具体为甲基丙烯酸羟乙酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸-2-苯氧基乙酯、二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物，添加紫外线吸收剂。人工晶状体中心带有圆孔，利于房水流通。光学设计为单	通过			第11批

635	C01030100115075084550000033	输尿管支架	Ch4.8	335140	国械注进20173141286	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	适用于输尿管外科手术或输尿管震波碎石治疗后的输尿管引流。	产品主要由输尿管支架、引流孔、引导器、导丝、固定夹、病历卡、输尿管导管（可选）、输尿管导管接头（可选）组成。输尿管支架分为整体型和DD阀型，其中DD阀型分普通DD阀型和防反流DD阀型。	通过			第11批

636	C01030100115075084550000045	输尿管支架	Ch6	335140	国械注进20173141286	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	适用于输尿管外科手术或输尿管震波碎石治疗后的输尿管引流。	产品主要由输尿管支架、引流孔、引导器、导丝、固定夹、病历卡、输尿管导管（可选）、输尿管导管接头（可选）组成。输尿管支架分为整体型和DD阀型，其中DD阀型分普通DD阀型和防反流DD阀型。	通过			第11批

637	C01030100115093084550000004	输尿管支架	Ch4.8	334745	国械注进20173141286	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	适用于输尿管外科手术或输尿管震波碎石治疗后的输尿管引流。	产品主要由输尿管支架、引流孔、引导器、导丝、固定夹、病历卡、输尿管导管（可选）、输尿管导管接头（可选）组成。输尿管支架分为整体型和DD阀型，其中DD阀型分普通DD阀型和防反流DD阀型。	通过			第11批

638	C01030100115093084550000009	输尿管支架	Ch6	334745	国械注进20173141286	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	适用于输尿管外科手术或输尿管震波碎石治疗后的输尿管引流。	产品主要由输尿管支架、引流孔、引导器、导丝、固定夹、病历卡、输尿管导管（可选）、输尿管导管接头（可选）组成。输尿管支架分为整体型和DD阀型，其中DD阀型分普通DD阀型和防反流DD阀型。	通过			第11批
639	C14240203500001104140000021	胆汁引流管	PE20007007	PE20007007	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批

640	C14240203500001104140000024	胆汁引流管	PE20007009	PE20007009	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
641	C14240203500001104140000027	胆汁引流管	PE20007013	PE20007013	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
642	C14240203500001104140000028	胆汁引流管	PE20007015	PE20007015	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批

643	C14240203500001104140000029	胆汁引流管	PE20008005	PE20008005	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
644	C14240203500001104140000031	胆汁引流管	PE20008007	PE20008007	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
645	C14240203500001104140000033	胆汁引流管	PE20008009	PE20008009	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批

646	C14240203500001104140000038	胆汁引流管	PE20008013	PE20008013	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
647	C14240203500001104140000041	胆汁引流管	PE20008015	PE20008015	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
648	C14240203500001104140000062	胆汁引流管	PE20408005	PE20408005	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批

649	C14240203500001104140000065	胆汁引流管	PE20408007	PE20408007	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
650	C14240203500001104140000067	胆汁引流管	PE20408009	PE20408009	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
651	C14240203500001104140000068	胆汁引流管	PE20408011	PE20408011	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批

652	C14240203500001104140000070	胆汁引流管	PE20408013	PE20408013	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
653	C14240203500001104140000079	胆汁引流管	20505009	20505009	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
654	C14240203500001104140000080	胆汁引流管	20507005	20507005	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批

655	C14240203500001104140000081	胆汁引流管	20507007	20507007	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
656	C14240203500001104140000083	胆汁引流管	20507009	20507009	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
657	C14240203500002104140000025	胆汁引流管	206225	206225	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批

658	C14240203500002104140000027	胆汁引流管	207225	207225	国械注进20162142704	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品与内窥镜配套使用，用于胆汁引流。	本产品采用在X光下可显影的PE材质，产品由不透X射线探头、引流管、连接管、Luer锁组成。采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期为	通过		限手术病人	第11批
659	C01031800400001124730000003	一次性使用输尿管内窥镜导管	SU-ⅠR	SU-ⅠR	皖械注准20232060128	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配套使用，用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中成像。不能与高频附件配用。	产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部及内置LED 光源组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

660	C01031800400001124730000005	一次性使用输尿管内窥镜导管	SU-Ⅱ R	SU-Ⅱ R	皖械注准20232060128	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配套使用，用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中成像。不能与高频附件配用。	产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部及内置LED 光源组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

661	C01031800400001124730000007	一次性使用输尿管内窥镜导管	SU-Ⅲ L	SU-Ⅲ L	皖械注准20232060128	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配套使用，用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中成像。不能与高频附件配用。	产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部及内置LED光源组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

662	C01031800400001124730000008	一次性使用输尿管内窥镜导管	SU-Ⅲ R	SU-Ⅲ R	皖械注准20232060128	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配套使用，用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中成像。不能与高频附件配用。	产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部及内置LED 光源组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

663	C01022302400004136000000001	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	9mm	ZLG-Ⅰ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ）、冲洗腔、注水腔、球囊组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、18ml五个规格，导管有效长度300-	通过			第11批

664	C01022302400004136000000002	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	13mm	ZLG-Ⅱ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ）、冲洗腔、注水腔、球囊组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、18ml五个规格，导管有效长度300-	通过			第11批

665	C01022302400004136000000004	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	15mm	ZLG-Ⅱ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ）、冲洗腔、注水腔、球囊组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、18ml五个规格，导管有效长度300-	通过			第11批

666	C01022302400004136000000005	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	15mm	ZLG-Ⅰ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ）、冲洗腔、注水腔、球囊组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、18ml五个规格，导管有效长度300-	通过			第11批

667	C01022302400004136000000006	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	13mm	ZLG-Ⅰ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ）、冲洗腔、注水腔、球囊组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、18ml五个规格，导管有效长度300-	通过			第11批

668	C01022302400004136000000008	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	9mm	ZLG-Ⅱ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ）、冲洗腔、注水腔、球囊组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、18ml五个规格，导管有效长度300-	通过			第11批

669	C02021800400000117580000069	一次性使用造影导管	AGT-JL406F110	AGT-JL406F110	国械注准20203030315	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	一次性使用造影导管用于注射或输入对照介质和/或液体，用于冠状动脉血管造影检查。	一次性使用造影导管由导管、导管座、导管护管组成。其中导管由导管主体、远端、头端构成。导管主体由三层材料构成：内层、外层为含有硫酸钡的尼龙，中间层为304不锈钢网；导管头端、远端为含有硫酸钡的尼龙材料；导管座材料为聚碳酸酯；导管护管材料为聚氨酯。根据头部结构型	通过			第11批

670	C02021800400000117580000071	一次性使用造影导管	AGT-JL406F115	AGT-JL406F115	国械注准20203030315	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	一次性使用造影导管用于注射或输入对照介质和/或液体，用于冠状动脉血管造影检查。	一次性使用造影导管由导管、导管座、导管护管组成。其中导管由导管主体、远端、头端构成。导管主体由三层材料构成：内层、外层为含有硫酸钡的尼龙，中间层为304不锈钢网；导管头端、远端为含有硫酸钡的尼龙材料；导管座材料为聚碳酸酯；导管护管材料为聚氨酯。根据头部结构型	通过			第11批

671	C02072105400000117580000001	数字式球囊扩充压力泵	AGT-P-30	AGT-P-30	津械注准20192030191	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	该产品采用数字式压力表，适用于在介入手术中向球囊扩张导管加压、卸压，使球囊扩张和回缩，监测并控制球囊的压力。无菌提供。其中数字式压力表为液晶显示，具有记忆、过压报警提示、自动计时、压力单位切换功能。	该产品由推注系统、数字式压力表和包含外鲁尔圆锥接头的连接管路、三通阀(适用于AGT-P-30S、AGT-P-30S-2型号)组成。	通过			第11批

672	C02072105400000117580000002	数字式球囊扩充压力泵	AGT-P-30S	AGT-P-30S	津械注准20192030191	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	该产品采用数字式压力表，适用于在介入手术中向球囊扩张导管加压、卸压，使球囊扩张和回缩，监测并控制球囊的压力。无菌提供。其中数字式压力表为液晶显示，具有记忆、过压报警提示、自动计时、压力单位切换功能。	该产品由推注系统、数字式压力表和包含外鲁尔圆锥接头的连接管路、三通阀(适用于AGT-P-30S、AGT-P-30S-2型号)组成。	通过			第11批

673	C02072105400000117580000005	数字式球囊扩充压力泵	AGT-P-30S-2	AGT-P-30S-2	津械注准20192030191	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	该产品采用数字式压力表，适用于在介入手术中向球囊扩张导管加压、卸压，使球囊扩张和回缩，监测并控制球囊的压力。无菌提供。其中数字式压力表为液晶显示，具有记忆、过压报警提示、自动计时、压力单位切换功能。	该产品由推注系统、数字式压力表和包含外鲁尔圆锥接头的连接管路、三通阀(适用于AGT-P-30S、AGT-P-30S-2型号)组成。	通过			第11批

674	C0207180540000011758000002	一次性使用Y型阀组件	AGTYF-2	AGTYF-2	津械注准20242030265	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通接头	一次性使用Y型阀组件适用于血管介入手术中与其它器械相连，提供药液输注通道及在体外帮助指引导丝等器械进入人体。	一次性使用Y型阀组件包括Y型阀、导丝护管、导丝夹、延长管（适用于AGTYF-2）组件。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。	通过			第11批
675	C0102400330000406087000056	高频乳头切开刀	AMH-TM-K0525	K三腔拉式(旋转型)	国械注准20153010714	丙类	033-切开刀类	否			是	310905031	经口电子胆管镜检查	包括胰管镜检查。咽部麻醉，镇静，润滑，消泡，电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位，胰胆管造影，将胆管镜自母镜活检通道插入，经乳头开口沿导管插入胆管内，通过胆管镜进行检查，图文	十二指肠乳头括约肌切开刀	十二指肠乳头括约肌切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜及高频电烧装置配套使用，利用高频电流，经内窥镜行十二指肠乳头和/或括约肌切开术。	该产品由手柄部分、外鞘管、切丝部分组成，按结构不同分为普通型和旋转型，具体部分详见产品技术要求。	通过			第11批

676	C01021600300003060870000043	非血管腔道导丝	AMH-GW-C3545	C型	浙械注准20172021298	甲类	003-导丝类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导丝	产品与内窥镜配套，向消化系统或泌尿系统腔道引导或导入其他器械用。	产品由导丝杆、弹簧软头和导丝芯组成；弹簧软头由聚氨酯材料制作，导丝杆和导丝芯由镍钛合金制作。	通过			第11批

677	C01021600300003060870000049	非血管腔道导丝	AMH-GW-E3545	E型	浙械注准20172021298	甲类	003-导丝类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导丝	产品与内窥镜配套，向消化系统或泌尿系统腔道引导或导入其他器械用。	产品由导丝杆、弹簧软头和导丝芯组成；弹簧软头由聚氨酯材料制作，导丝杆和导丝芯由镍钛合金制作。	通过			第11批

678	C01021600300003060870000056	非血管腔道导丝	AMH-GW-E2545	E型	浙械注准20172021298	甲类	003-导丝类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导丝	产品与内窥镜配套，向消化系统或泌尿系统腔道引导或导入其他器械用。	产品由导丝杆、弹簧软头和导丝芯组成；弹簧软头由聚氨酯材料制作，导丝杆和导丝芯由镍钛合金制作。	通过			第11批

679	C14170419503006216140000012	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	6010212118	6010212118	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

680	C14170419503006216140000013	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	6010212120	6010212120	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

681	C14170419503006216140000019	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	2010212206	2010212206	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

682	C14170419503006216140000033	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	6010212208	6010212208	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

683	C14170419503006216140000038	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	2010212118	2010212118	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

684	C14170419503006216140000040	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	2010212116	2010212116	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

685	C14170419503006216140000056	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	2010212120	2010212120	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

686	C14170419503006216140000058	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	2010212210	2010212210	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

687	C14170419503006216140000062	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	6010212116	6010212116	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

688	C14170419503006216140000065	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	6010212210	6010212210	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

689	C14170419503006216140000068	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	6010212206	6010212206	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

690	C14170419503006216140000069	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	2010212208	2010212208	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

691	C14170419503007216140000003	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	6010213120	6010213120	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

692	C14170419503007216140000013	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	2010213122	2010213122	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

693	C14170419503007216140000036	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	2010213120	2010213120	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

694	C14170419503007216140000037	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包	6010213122	6010213122	苏械注准20242140426		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌超滑硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌超滑硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）、塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

695	C14170419503014216140000001	一次性使用无菌硅胶导尿包	2010222206	2010222206	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

696	C14170419503014216140000005	一次性使用无菌硅胶导尿包	2010222118	2010222118	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

697	C14170419503014216140000009	一次性使用无菌硅胶导尿包	6010222208	6010222208	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

698	C14170419503014216140000012	一次性使用无菌硅胶导尿包	6010222118	6010222118	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

699	C14170419503014216140000013	一次性使用无菌硅胶导尿包	2010222116	2010222116	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

700	C14170419503014216140000024	一次性使用无菌硅胶导尿包	6010222206	6010222206	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

701	C14170419503014216140000056	一次性使用无菌硅胶导尿包	6010222120	6010222120	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

702	C14170419503014216140000059	一次性使用无菌硅胶导尿包	2010222120	2010222120	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

703	C14170419503014216140000067	一次性使用无菌硅胶导尿包	6010222116	6010222116	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

704	C14170419503014216140000068	一次性使用无菌硅胶导尿包	2010222208	2010222208	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

705	C14170419503015216140000008	一次性使用无菌硅胶导尿包	6010223120	6010223120	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

706	C14170419503015216140000014	一次性使用无菌硅胶导尿包	2010223120	2010223120	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

707	C14170419503015216140000032	一次性使用无菌硅胶导尿包	6010223122	6010223122	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

708	C14170419503015216140000039	一次性使用无菌硅胶导尿包	2010223122	2010223122	苏械注准20242140428		195-导尿包类	否			是	ABHA0001	导尿	评估患者病情，膀胱充盈情况等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，会阴擦洗，打开无菌导尿包，戴无菌手套，用麻醉润滑剂润滑导尿管，按顺序消毒，确定尿道口，插入尿管，观察尿液颜色、量及性质等，引流完毕拔出，擦净会阴，协助患者恢	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供临床导尿用。	一次性使用无菌硅胶导尿包（简称导尿包）由一次性使用无菌硅胶导尿管（简称导尿管）、集尿袋、一次性使用医用橡胶检查手套（简称检查手套）、一次性使用灭菌橡胶外科手套（简称外科手套）塑料镊子（直头）、塑料镊子（圆头）、纱布片、带孔方巾、包巾、带塞试管、球囊充起	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

709	C02072105400000026380000001	一次性使用旋钮式球囊扩充压力泵	P-30(D)	P-30(D)	鄂械注准20152032100	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		泵	本产品适用于经皮穿刺冠状动脉腔内成形术（PTCA）手术中，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。	本产品由推注系统、压力表和6%鲁尔外圆锥接头连接管路组成。	通过			第11批

710	C02072105400000026380000002	一次性使用按压式球囊扩充压力泵	P-30(S)	P-30(S)	鄂械注准20152032101	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		泵	本产品适用于经皮穿刺冠状动脉腔内成形术（PTCA）手术中，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。	本产品由推注系统、压力表和6%鲁尔外圆锥接头连接管路组成。	通过			第11批

711	C02071207300003026380000002	桡动脉压迫止血器	AT-01	AT-01	鄂械注准20152142099	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于桡动脉导管插管术后压迫止血用。	本产品由加压板、胶垫、弹力带、挂扣和粘扣组成。其中加压板采用PMMA制成，胶垫采用硅胶制成，弹力带采用尼龙制成，挂扣采用PP制成，粘扣采用尼龙制成。	通过			第11批

712	C02071805400000026380000001	一次性使用旋钮式Y型连接阀	YF-45	YF-45	鄂械注准20222034038	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	该产品是由Y型连接器、导丝扭矩、导丝插入器组成。	通过			第11批

713	C02071805400000026380000003	一次性使用旋钮式Y型连接阀	YF-90	YF-90	鄂械注准20222034038	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	该产品是由Y型连接器、导丝扭矩、导丝插入器组成。	通过			第11批

714	C02071805400000026380000002	一次性使用按压式Y型连接阀	YF-60	YF-60	鄂械注准20232034152	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	该产品是由Y型连接器、导丝扭矩、导丝插入器组成。	通过			第11批

715	C02072105400000026380000005	球囊充压装置	P-20(G)	P-20(G)	鄂械注准20232034190	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		泵	球囊充压装置适用于在介入手术中向球囊扩张导管加压、卸压，使球囊扩张和回缩，监测并控制球囊的压力。	本产品由推注系统、压力表和6%鲁尔外圆锥接头连接管路组成。其中压力表标称最大压力为40atm。推注系统主要由聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)和硅胶组成；压力表主要由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)和黄铜组成；6%鲁尔外圆锥接头连接管路	通过			第11批

716	C02072105400000026380000006	球囊充压装置	P-35(G)	P-35(G)	鄂械注准20232034190	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		泵	球囊充压装置适用于在介入手术中向球囊扩张导管加压、卸压，使球囊扩张和回缩，监测并控制球囊的压力。	本产品由推注系统、压力表和6%鲁尔外圆锥接头连接管路组成。其中压力表标称最大压力为40atm。推注系统主要由聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)和硅胶组成；压力表主要由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)和黄铜组成；6%鲁尔外圆锥接头连接管路	通过			第11批

717	C14240203500002026380000001	胰引流管	PDT13300	PDT13300	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

718	C14240203500002026380000002	胰引流管	PDT17300	PDT17300	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

719	C14240203500002026380000003	胰引流管	PDT20300	PDT20300	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

720	C14240203500002026380000004	胰引流管	PDT25300	PDT25300	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

721	C14240203500002026380000005	胰引流管	PDT30300	PDT30300	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

722	C14240203500002026380000006	胰引流管	PDT17500	PDT17500	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

723	C14240203500002026380000007	胰引流管	PDT20500	PDT20500	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

724	C14240203500002026380000008	胰引流管	PDT25500	PDT25500	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

725	C14240203500002026380000009	胰引流管	PDT30500	PDT30500	鄂械注准20242144730	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	经胰头十二指肠切除术后，本产品留置在胰管中，用于引流和减压。本产品在人体内使用时间不超过28天。	本产品由穿刺针、软管和钝针三部分组成。其中，软管和穿刺针连接在一起，穿刺针为铝合金制造，软管的管体采用软质聚氯乙烯制造，显影线采用硫酸钡制造。钝针的座采用聚丙烯制造，钝针的管采用不锈钢制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过		限手术病人	第11批

726	C02071605400000026380000001	连通板	TS-01	TS-01	国械注准20173143290	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	适用于心血管介入手术中，器械间的连接及流路控制，对患者进行多通道药液或造影剂注射使用。	产品主要由保护帽、主体(主管、支管)、旋转开关、6%(鲁尔)外圆锥锁定接头组成。6%(鲁尔)外圆锥锁定接头采用的原材料为聚碳酸酯(PC)，保护帽、旋转开关采用的原材料为聚乙烯(PE)。	通过			第11批

727	C02071605400000026380000002	连通板	DS-01	DS-01	国械注准20173143290	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	适用于心血管介入手术中，器械间的连接及流路控制，对患者进行多通道药液或造影剂注射使用。	产品主要由保护帽、主体(主管、支管)、旋转开关、6%(鲁尔)外圆锥锁定接头组成。6%(鲁尔)外圆锥锁定接头采用的原材料为聚碳酸酯(PC)，保护帽、旋转开关采用的原材料为聚乙烯(PE)。	通过			第11批

728	C02071605400000026380000003	连通板	SS-01	SS-01	国械注准20173143290	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	适用于心血管介入手术中，器械间的连接及流路控制，对患者进行多通道药液或造影剂注射使用。	产品主要由保护帽、主体(主管、支管)、旋转开关、6%(鲁尔)外圆锥锁定接头组成。6%(鲁尔)外圆锥锁定接头采用的原材料为聚碳酸酯(PC)，保护帽、旋转开关采用的原材料为聚乙烯(PE)。	通过			第11批

729	C01050602100001063630000429	一次性射频消融电极针	ADN216	ADN216	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

730	C01050602100001063630000432	一次性射频消融电极针	ADS250	ADS250	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

731	C01050602100001063630000436	一次性射频消融电极针	BDN217	BDN217	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

732	C01050602100001063630000438	一次性射频消融电极针	BDS253	BDS253	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

733	C01050602100001063630000442	一次性射频消融电极针	BDS255	BDS255	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

734	C01050602100001063630000443	一次性射频消融电极针	BDN216	BDN216	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

735	C01050602100001063630000451	一次性射频消融电极针	ADN214	ADN214	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

736	C01050602100001063630000460	一次性射频消融电极针	BDS251	BDS251	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

737	C01050602100001063630000461	一次性射频消融电极针	BDN213	BDN213	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

738	C01050602100001063630000463	一次性射频消融电极针	BDN215	BDN215	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

739	C01050602100001063630000465	一次性射频消融电极针	BDN214	BDN214	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

740	C01050602100001063630000468	一次性射频消融电极针	ADS252	ADS252	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

741	C01050602100001063630000484	一次性射频消融电极针	ADS253	ADS253	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

742	C01050602100001063630000491	一次性射频消融电极针	BDS254	BDS254	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

743	C01050602100001063630000492	一次性射频消融电极针	BDN212	BDN212	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

744	C01050602100001063630000494	一次性射频消融电极针	ADS254	ADS254	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

745	C01050602100001063630000504	一次性射频消融电极针	ADN212	ADN212	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

746	C01050602100001063630000507	一次性射频消融电极针	ADS251	ADS251	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

747	C01050602100001063630000510	一次性射频消融电极针	ADN215	ADN215	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

748	C01050602100001063630000511	一次性射频消融电极针	ADN217	ADN217	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

749	C01050602100001063630000517	一次性射频消融电极针	ADN213	ADN213	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

750	C01050602100001063630000519	一次性射频消融电极针	BDS252	BDS252	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

751	C01050602100001063630000527	一次性射频消融电极针	ADS255	ADS255	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批

752	C01050602100001063630000530	一次性射频消融电极针	BDS250	BDS250	苏械注准20192010168		021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	产品由子针、子针座、绝缘套管、回路电极（包括不锈钢套管和/或端帽）、手柄、电缆、插头、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。	不通过	结构及组成未见消融功能。		第11批
753	C03480511500000063630000118	一次性刨削刀	BDB09030A	BDB09030A	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第11批

754	C03480511500000063630000826	一次性刨削刀	BDB2253512C2	BDB2253512C2	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第11批
755	C03480511500000063630001649	一次性刨削刀	BDB2253512C1	BDB2253512C1	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第11批
756	C03480511500000063630002184	一次性刨削刀	BDB1104060H3	BDB1104060H3	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第11批

757	C03480511500000063630002217	一次性刨削刀	BDA1104060H3	BDA1104060H3	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第11批
758	C03480511500000063630002242	一次性刨削刀	BDG13055H	BDG13055H	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

759	C03480511500000063630002244	一次性刨削刀	BDG13045A	BDG13045A	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批
760	C14030400501004077680000001	一次性使用超声软组织手术刀头	AH-637-9	AH-637-9	国械注准20243011847	丙类	005-手术刀头类	是-重庆	未中选	超声刀头带量采购项目-重庆2024	是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用。与本公司生产的超声手术刀系统的主机（型号：AH-611，软件版本Ver:1.00）、换能器（型号：AH-616）、脚踏开关（型号：AH-618）配合使用，在开放手术中用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过5mm的血管。	该产品由刀杆、刀杆护套、剪刀架、剪刀夹、壳体和扭力扳手组成。	通过			第11批

761	C12060211800000062740000001	血管生物补片	8.0cm×14.0cm	/	国械注准20243130721	甲类	118-修补材料类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工补片	该产品用于对颈动脉、股深动脉、股动脉和髂动脉血管重建和修复。	该产品取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，为长方形单层片状组织，湿态保存。辐照灭菌。一次性使用。货架有效期三	通过			第11批
762	C12060211800000062740000003	血管生物补片	0.6cm×8.0cm	/	国械注准20243130721	甲类	118-修补材料类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工补片	该产品用于对颈动脉、股深动脉、股动脉和髂动脉血管重建和修复。	该产品取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，为长方形单层片状组织，湿态保存。辐照灭菌。一次性使用。货架有效期三	通过			第11批
763	C12060211800000062740000009	血管生物补片	6.0cm×8.0cm	/	国械注准20243130721	甲类	118-修补材料类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工补片	该产品用于对颈动脉、股深动脉、股动脉和髂动脉血管重建和修复。	该产品取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，为长方形单层片状组织，湿态保存。辐照灭菌。一次性使用。货架有效期三	通过			第11批
764	C12060211800000062740000013	血管生物补片	1.0cm×6.0cm	/	国械注准20243130721	甲类	118-修补材料类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工补片	该产品用于对颈动脉、股深动脉、股动脉和髂动脉血管重建和修复。	该产品取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，为长方形单层片状组织，湿态保存。辐照灭菌。一次性使用。货架有效期三	通过			第11批

765	C03470511100000021840000033	抗生素型脊柱骨水泥	H 10g/5mL	SA-HV-10	国械注准20233132048	甲类	111-骨水泥类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	骨水泥	本产品适用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折，预期在经皮椎体成形术或经皮椎体后凸术中对椎体的填充和稳定。	本产品由液体和粉体两部分组成并成套供应。液体主要包含甲基丙烯酸甲酯（MMA）单体、N,N-二甲基对甲苯胺和对苯二酚。粉体主要包含聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）共聚物，硫酸钡、过氧化苯甲酰和硫酸庆大霉素。产品为无菌包装，一次性使用。安瓿瓶中液体采用除菌过滤方法灭	通过			第11批

766	C03470511100000021840000034	抗生素型脊柱骨水泥	M 20g/10mL	SA-MV-20	国械注准20233132048	甲类	111-骨水泥类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	骨水泥	本产品适用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折，预期在经皮椎体成形术或经皮椎体后凸术中对椎体的填充和稳定。	本产品由液体和粉体两部分组成并成套供应。液体主要包含甲基丙烯酸甲酯（MMA）单体、N,N-二甲基对甲苯胺和对苯二酚。粉体主要包含聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）共聚物，硫酸钡、过氧化苯甲酰和硫酸庆大霉素。产品为无菌包装，一次性使用。安瓿瓶中液体采用除菌过滤方法灭	通过			第11批

767	C03470511100000021840000035	抗生素型脊柱骨水泥	M 10g/5mL	SA-MV-10	国械注准20233132048	甲类	111-骨水泥类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	骨水泥	本产品适用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折，预期在经皮椎体成形术或经皮椎体后凸术中对椎体的填充和稳定。	本产品由液体和粉体两部分组成并成套供应。液体主要包含甲基丙烯酸甲酯（MMA）单体、N,N-二甲基对甲苯胺和对苯二酚。粉体主要包含聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）共聚物，硫酸钡、过氧化苯甲酰和硫酸庆大霉素。产品为无菌包装，一次性使用。安瓿瓶中液体采用除菌过滤方法灭	通过			第11批

768	C03311210100000021840000001	骨填充网袋	20	V-A0	国械注准20253041013	丙类	101-椎体成形工具类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	与骨水泥配合使用，用于因骨质疏松或创伤导致的椎体压缩性骨折，在经皮椎体成形术中对椎体(T1-L5)的填充与稳定。	产品由芯针、推杆、导管和网袋组成。网袋的制造材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和钛合金(TC4)，钛合金化学成分符合GB/T 13810的要求。芯针、推杆、导管的金属部分为06Cr19Ni10不锈钢，不锈钢的化学成分符合YY/T 0294.1标准要求，手柄部分为ABS材料。产品经环氧乙烷灭菌，灭	通过			第11批

769	C03311210100000021840000002	骨填充网袋	25	V-A0	国械注准20253041013	丙类	101-椎体成形工具类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	与骨水泥配合使用，用于因骨质疏松或创伤导致的椎体压缩性骨折，在经皮椎体成形术中对椎体(T1-L5)的填充与稳定。	产品由芯针、推杆、导管和网袋组成。网袋的制造材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和钛合金(TC4)，钛合金化学成分符合GB/T 13810的要求。芯针、推杆、导管的金属部分为06Cr19Ni10不锈钢，不锈钢的化学成分符合YY/T 0294.1标准要求，手柄部分为ABS材料。产品经环氧乙烷灭菌，灭	通过			第11批

770	C0331121010000002184000005	骨填充网袋	20	V-B0	国械注准20253041013	丙类	101-椎体成形工具类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	与骨水泥配合使用，用于因骨质疏松或创伤导致的椎体压缩性骨折，在经皮椎体成形术中对椎体(T1-L5)的填充与稳定。	产品由芯针、推杆、导管和网袋组成。网袋的制造材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和钛合金(TC4)，钛合金化学成分符合GB/T 13810的要求。芯针、推杆、导管的金属部分为06Cr19Ni10不锈钢，不锈钢的化学成分符合YY/T 0294.1标准要求，手柄部分为ABS材料。产品经环氧乙烷灭菌，灭	通过			第11批

771	C03311210100000021840000006	骨填充网袋	25	V-B0	国械注准20253041013	丙类	101-椎体成形工具类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	与骨水泥配合使用，用于因骨质疏松或创伤导致的椎体压缩性骨折，在经皮椎体成形术中对椎体(T1-L5)的填充与稳定。	产品由芯针、推杆、导管和网袋组成。网袋的制造材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和钛合金(TC4)，钛合金化学成分符合GB/T 13810的要求。芯针、推杆、导管的金属部分为06Cr19Ni10不锈钢，不锈钢的化学成分符合YY/T 0294.1标准要求，手柄部分为ABS材料。产品经环氧乙烷灭菌，灭	通过			第11批
772	C03311110100000021840000006	骨水泥输送组件	50mL	GHT-01	京械注准20232040713	丙类	101-椎体成形工具类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	加压注射装置	用于混匀骨水泥，并将骨水泥输送、注入（或填充）至椎体或所需部位。	骨水泥输送组件包括骨水泥混合器（含混合套筒、搅拌棒、漏斗）和螺旋推进器（含主体、连接管、小漏斗）。其中骨水泥螺旋推进器由尼龙、ABS材料制成，混合器由聚丙烯材料制成。产品无菌状态提供，一次性使用。灭菌有效期三	通过			第11批

773	C03311110100000021840000007	骨水泥输送组件	20mL	GHT-02	京械注准20232040713	丙类	101-椎体成形工具类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	加压注射装置	用于混匀骨水泥，并将骨水泥输送、注入（或填充）至椎体或所需部位。	骨水泥输送组件包括骨水泥混合器（含混合套筒、搅拌棒、漏斗）和螺旋推进器（含主体、连接管、小漏斗）。其中骨水泥螺旋推进器由尼龙、ABS材料制成，混合器由聚丙烯材料制成。产品无菌状态提供，一次性使用。灭菌有效期三	通过			第11批
774	C03311110100000021840000008	骨水泥输送组件	20mL/50mL	GHT-03	京械注准20232040713	丙类	101-椎体成形工具类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	加压注射装置	用于混匀骨水泥，并将骨水泥输送、注入（或填充）至椎体或所需部位。	骨水泥输送组件包括骨水泥混合器（含混合套筒、搅拌棒、漏斗）和螺旋推进器（含主体、连接管、小漏斗）。其中骨水泥螺旋推进器由尼龙、ABS材料制成，混合器由聚丙烯材料制成。产品无菌状态提供，一次性使用。灭菌有效期三	通过			第11批

775	C01060102600002139110000013	一次性使用射频消融电极-射频套管针	22G-100-10	CC422A	国械注准20223011283	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机(R-2000B M1、R-2000B M2、R-2000B D1、R-2000B D2、R-2000B A1、R-2000B A2)配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。产品临床应用需按照相应临床指南、诊疗规范等要求规范开	该产品由射频消融电极和射频套管针组成。射频消融电极由温度传感器、金属管、手柄、电缆和插头组成，其中细电极金属管无绝缘涂层，尖绝缘电极和粗绝缘电极的金属管有绝缘涂层。细电极需要配合射频套管针一起使用。射频套管针由金属管、绝缘涂层、针座、衬芯、衬芯座和保护套	通过			第11批
776	C01020900114061118940000001	胆道支架及输送系统	8mm*40mm	BS-8-40/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

777	C01020900114061118940000002	胆道支架及输送系统	10mm*50mm	BS-10-50/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
778	C01020900114061118940000003	胆道支架及输送系统	10mm*40mm	BS-10-40/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

779	C01020900114061118940000004	胆道支架及输送系统	10mm*80mm	BS-10-80/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
780	C01020900114061118940000005	胆道支架及输送系统	8mm*50mm	BS-8-50/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

781	C01020900114061118940000006	胆道支架及输送系统	10mm*70mm	BS-10-70/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
782	C01020900114061118940000007	胆道支架及输送系统	10mm*60mm	BS-10-60/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

783	C01020900114061118940000008	胆道支架及输送系统	8mm*80mm	BS-8-80/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
784	C01020900114061118940000009	胆道支架及输送系统	8mm*60mm	BS-8-60/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

785	C01020900114061118940000010	胆道支架及输送系统	8mm*70mm	BS-8-70/8-1800	国械注准20213130719	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	用于因恶性肿瘤造成的胆道狭窄或梗阻的介入治疗。	该产品由胆道支架和输送系统两部分组成。胆道支架为自膨式支架，材料为镍钛合金。输送系统由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管等部件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
786	C01020700114053118940000004	肠道支架及输送系统	ESA-22-60/10-2300	ESA-22-60/10-2300	国械注准20223130910	甲类	001-支架类	否			是	310903008	经内镜肠道支架置入术	包括取出术	支架(含支架推送器)、导丝	支架(含支架推送器)	该产品适用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。	产品由肠道支架和输送系统组成，支架压缩预装在输送系统内前端。支架为编织型网桶状结构，分为单杯口和双杯口，支架成分为镍钛形状记忆合金；输送系统呈线性管状，由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管、导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

787	C01020700114053118940000005	肠道支架及输送系统	ESB-22-60/10-2300	ESB-22-60/10-2300	国械注准20223130910	甲类	001-支架类	否			是	310903008	经内镜肠道支架置入术	包括取出术	支架(含支架推送器)、导丝	支架(含支架推送器)	该产品适用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。	产品由肠道支架和输送系统组成，支架压缩预装在输送系统内前端。支架为编织型网桶状结构，分为单杯口和双杯口，支架成分为镍钛形状记忆合金；输送系统呈线性管状，由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管、导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

788	C01020700114053118940000006	肠道支架及输送系统	ESA-22-120/10-2300	ESA-22-120/10-2300	国械注准20223130910	甲类	001-支架类	否			是	310903008	经内镜肠道支架置入术	包括取出术	支架(含支架推送器)、导丝	支架(含支架推送器)	该产品适用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。	产品由肠道支架和输送系统组成，支架压缩预装在输送系统内前端。支架为编织型网桶状结构，分为单杯口和双杯口，支架成分为镍钛形状记忆合金；输送系统呈线性管状，由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管、导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

789	C01020700114053118940000008	肠道支架及输送系统	ESA-25-90/10-2300	ESA-25-90/10-2300	国械注准20223130910	甲类	001-支架类	否			是	310903008	经内镜肠道支架置入术	包括取出术	支架(含支架推送器)、导丝	支架(含支架推送器)	该产品适用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。	产品由肠道支架和输送系统组成，支架压缩预装在输送系统内前端。支架为编织型网桶状结构，分为单杯口和双杯口，支架成分为镍钛形状记忆合金；输送系统呈线性管状，由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管、导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

790	C01020700114053118940000013	肠道支架及输送系统	ESB-25-60/10-2300	ESB-25-60/10-2300	国械注准20223130910	甲类	001-支架类	否			是	310903008	经内镜肠道支架置入术	包括取出术	支架(含支架推送器)、导丝	支架(含支架推送器)	该产品适用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。	产品由肠道支架和输送系统组成，支架压缩预装在输送系统内前端。支架为编织型网桶状结构，分为单杯口和双杯口，支架成分为镍钛形状记忆合金；输送系统呈线性管状，由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管、导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

791	C01020700114053118940000014	肠道支架及输送系统	ESA-22-90/10-2300	ESA-22-90/10-2300	国械注准20223130910	甲类	001-支架类	否			是	310903008	经内镜肠道支架置入术	包括取出术	支架(含支架推送器)、导丝	支架(含支架推送器)	该产品适用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。	产品由肠道支架和输送系统组成，支架压缩预装在输送系统内前端。支架为编织型网桶状结构，分为单杯口和双杯口，支架成分为镍钛形状记忆合金；输送系统呈线性管状，由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管、导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

792	C01020700114053118940000017	肠道支架及输送系统	ESA-25-120/10-2300	ESA-25-120/10-2300	国械注准20223130910	甲类	001-支架类	否			是	310903008	经内镜肠道支架置入术	包括取出术	支架(含支架推送器)、导丝	支架(含支架推送器)	该产品适用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。	产品由肠道支架和输送系统组成，支架压缩预装在输送系统内前端。支架为编织型网桶状结构，分为单杯口和双杯口，支架成分为镍钛形状记忆合金；输送系统呈线性管状，由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管、导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

793	C01020700114053118940000020	肠道支架及输送系统	ESA-25-60/10-2300	ESA-25-60/10-2300	国械注准20223130910	甲类	001-支架类	否			是	310903008	经内镜肠道支架置入术	包括取出术	支架(含支架推送器)、导丝	支架(含支架推送器)	该产品适用于因恶性肿瘤造成的肠道狭窄或梗阻。	产品由肠道支架和输送系统组成，支架压缩预装在输送系统内前端。支架为编织型网桶状结构，分为单杯口和双杯口，支架成分为镍钛形状记忆合金；输送系统呈线性管状，由手柄、推送杆、三通、外鞘管、推送管、金属标识物、内芯管、导入头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

794	C03300923900001105860000003	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）手柄：223×56×170（长×宽×高）推杆：143×6×8（长×宽×高）缝合针：Φ1.4不可吸收缝合线：3-0推结器 长216	EFIT-Ⅲ	京械注准20172040532	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		缝合器	单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器EFIT-I由枪体组成，枪体由手柄、推杆、左缝合针、右缝合针、导丝和非吸收性外科缝线组成。EFIT-II、EFIT-III、EFIT-IV、EFIT-V是由枪体和推结器组成，枪体由手柄、推杆、左缝合针、右缝合针、导丝和非吸收性外科缝线组成。EFIT-VI、EFIT-VII是由枪体	通过			第11批

795	C03300923900001105860000004	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）手柄：223×56×170（长×宽×高）推杆：163×6×7（长×宽×高）缝合针：Φ1.4或Φ1.2不可吸收缝合线：3-0推结器 长216	EFIT-Ⅱ	京械注准20172040532	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器EFIT-I由枪体组成，枪体由手柄、推杆、左缝合针、右缝合针、导丝和非吸收性外科缝线组成。EFIT-II、EFIT-III、EFIT-IV、EFIT-V是由枪体和推结器组成，枪体由手柄、推杆、左缝合针、右缝合针、导丝和非吸收性外科缝线组成。EFIT-VI、EFIT-VII是由枪体	通过			第11批

796	C14171603400000051580004855	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

797	C14171603400000051580004861	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

798	C14171603400000051580004871	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

799	C14171603400000051580004875	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

800	C14171603400000051580004880	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

801	C14171603400000051580004882	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

802	C14171603400000051580004887	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

803	C14171603400000051580004898	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

804	C14171603400000051580004909	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

805	C14171603400000051580004915	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G11/CH8/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

806	C14171603400000051580004917	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

807	C14171603400000051580004927	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

808	C14171603400000051580004928	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

809	C14171603400000051580004929	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

810	C14171603400000051580004939	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

811	C14171603400000051580004949	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

812	C14171603400000051580004960	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH12/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

813	C14171603400000051580004961	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G00/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

814	C14171603400000051580004964	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

815	C14171603400000051580004970	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

816	C14171603400000051580004977	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

817	C14171603400000051580004989	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

818	C14171603400000051580004993	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

819	C14171603400000051580005000	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

820	C14171603400000051580005002	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

821	C14171603400000051580005011	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

822	C14171603400000051580005018	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

823	C14171603400000051580005019	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

824	C14171603400000051580005020	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

825	C14171603400000051580005024	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

826	C14171603400000051580005031	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

827	C14171603400000051580005041	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH16/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

828	C14171603400000051580005052	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

829	C14171603400000051580005053	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

830	C14171603400000051580005058	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

831	C14171603400000051580005062	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

832	C14171603400000051580005063	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

833	C14171603400000051580005070	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

834	C14171603400000051580005083	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

835	C14171603400000051580005095	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G00/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

836	C14171603400000051580005103	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

837	C14171603400000051580005105	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

838	C14171603400000051580005108	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G00/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

839	C14171603400000051580005113	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

840	C14171603400000051580005125	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

841	C14171603400000051580005130	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

842	C14171603400000051580005131	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

843	C14171603400000051580005137	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

844	C14171603400000051580005141	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

845	C14171603400000051580005142	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G11/CH16/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

846	C14171603400000051580005150	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

847	C14171603400000051580005151	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

848	C14171603400000051580005152	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

849	C14171603400000051580005168	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

850	C14171603400000051580005169	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH10/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

851	C14171603400000051580005174	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

852	C14171603400000051580005193	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

853	C14171603400000051580005201	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G00/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

854	C14171603400000051580005204	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

855	C14171603400000051580005210	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

856	C14171603400000051580005213	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

857	C14171603400000051580005232	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

858	C14171603400000051580005233	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

859	C14171603400000051580005236	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH8/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

860	C14171603400000051580005241	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G00/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

861	C14171603400000051580005251	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

862	C14171603400000051580005259	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

863	C14171603400000051580005271	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

864	C14171603400000051580005290	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

865	C14171603400000051580005293	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

866	C14171603400000051580005303	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

867	C14171603400000051580005305	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

868	C14171603400000051580005324	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

869	C14171603400000051580005328	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

870	C14171603400000051580005341	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

871	C14171603400000051580005349	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G11/CH14/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

872	C14171603400000051580005350	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

873	C14171603400000051580005379	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

874	C14171603400000051580005389	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

875	C14171603400000051580005397	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

876	C14171603400000051580005408	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

877	C14171603400000051580005419	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

878	C14171603400000051580005426	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

879	C14171603400000051580005434	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G00/CH8/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

880	C14171603400000051580005437	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH8/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

881	C14171603400000051580005443	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

882	C14171603400000051580005447	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

883	C14171603400000051580005450	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

884	C14171603400000051580005465	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

885	C14171603400000051580005468	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G00/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

886	C14171603400000051580005471	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

887	C14171603400000051580005488	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G10/CH14/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

888	C14171603400000051580005491	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G00/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

889	C14171603400000051580005500	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G11/CH10/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

890	C14171603400000051580005503	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G00/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

891	C14171603400000051580005512	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH12/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

892	C14171603400000051580005513	经鼻肠营养导管	BDEG2-21Z11G11/CH12/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

893	C14171603400000051580005518	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C11G10/CH12/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

894	C14171603400000051580005520	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH14/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

895	C14171603400000051580005530	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH14/1500mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

896	C14171603400000051580005531	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

897	C14171603400000051580005540	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH16/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

898	C14171603400000051580005545	经鼻肠营养导管	BDEG2-21C11G10/CH10/1100mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

899	C14171603400000051580005551	经鼻肠营养导管	BDEG2-11Z11G10/CH16/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

900	C14171603400000051580005564	经鼻肠营养导管	BDEG2-11C01G10/CH10/1300mm	BDEG2	京械注准20222140487		034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	经鼻肠营养导管适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压。	产品由小孔径鼻管接头组件或Y型小孔径鼻管接头组件、鼻管、小孔径导丝手柄、导丝、重力装置、开关阀、医用胶带、注射器过渡件、鼻管接头过渡件组成，其中注射器过渡件为选配。产品组成中鼻管采用医用聚氨酯(PUR)材质，导丝和重力装置采用符合GB/T 1220-2007的不锈钢材质，小	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

901	C02050600400002162110000002	经桡动脉导引导管	RAC71G	RAC71G	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

902	C02050600400002162110000003	经桡动脉导引导管	RAC71C	RAC71C	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

903	C02050600400002162110000004	经桡动脉导引导管	RAC71F	RAC71F	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

904	C02050600400002162110000005	经桡动脉导引导管	RAC71B	RAC71B	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

905	C02050600400002162110000008	经桡动脉导引导管	RAC71E	RAC71E	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

906	C02050600400002162110000010	经桡动脉导引导管	RAC81G	RAC81G	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

907	C02050600400002162110000012	经桡动脉导引导管	RAC81F	RAC81F	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

908	C02050600400002162110000013	经桡动脉导引导管	RAC81D	RAC81D	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

909	C02050600400002162110000014	经桡动脉导引导管	RAC81C	RAC81C	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

910	C02050600400002162110000016	经桡动脉导引导管	RAC71D	RAC71D	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

911	C02050600400002162110000017	经桡动脉导引导管	RAC81H	RAC81H	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

912	C02050600400002162110000021	经桡动脉导引导管	RAC81E	RAC81E	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

913	C02050600400002162110000022	经桡动脉导引导管	RAC71H	RAC71H	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

914	C02050600400002162110000024	经桡动脉导引导管	RAC81B	RAC81B	国械注准20233031521	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于通过桡动脉入路在神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。	该产品由通路导管（部分型号）、选择导管（部分型号）、支撑导管（部分型号）、止血阀、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

915	C02050600400002162110000089	经桡动脉导引导管	RACGC71H	RACGC71H	国械注准20243032582	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	适用于神经血管和外周血管系统；用于术中血管通路的建立，导入诊断性或治疗器械。	该产品由通路导管、选择导管(部分型号)、支撑导管(部分型号)、止血阀、止血阀1、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

916	C02050600400002162110000091	经桡动脉导引导管	SURACS71HS2	SURACS71HS2	国械注准20243032582	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	适用于神经血管和外周血管系统；用于术中血管通路的建立，导入诊断性或治疗器械。	该产品由通路导管、选择导管(部分型号)、支撑导管(部分型号)、止血阀、止血阀1、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

917	C02050600400002162110000138	经桡动脉导引导管	RACGC71D	RACGC71D	国械注准20243032582	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	适用于神经血管和外周血管系统；用于术中血管通路的建立，导入诊断性或治疗器械。	该产品由通路导管、选择导管(部分型号)、支撑导管(部分型号)、止血阀、止血阀1、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

918	C02050600400002162110000144	经桡动脉导引导管	SURACGC71H	SURACGC71H	国械注准20243032582	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	适用于神经血管和外周血管系统；用于术中血管通路的建立，导入诊断性或治疗器械。	该产品由通路导管、选择导管(部分型号)、支撑导管(部分型号)、止血阀、止血阀1、塑形杆和可分离保护套组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

919	C02072400215020162110000001	球囊导引导管	BGC085	BGC085	国械注准20253031222	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	球囊导引导管适用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。在进行血管造影或其他操作程序时，球囊可提供临时性的血管阻塞作用。该球囊导引导管还可以被用作取物器械的通道。	球囊导引导管由管座、应力释放管、轴杆、球囊、标识环组成，随附扩张器导管、止血阀、可撕鞘、正压阀、延长管和高压编织延长管。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期二年。	通过			第11批

920	C02072400215020162110000002	球囊导引导管	BGC090	BGC090	国械注准20253031222	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	球囊导引导管适用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。在进行血管造影或其他操作程序时，球囊可提供临时性的血管阻塞作用。该球囊导引导管还可以被用作取物器械的通道。	球囊导引导管由管座、应力释放管、轴杆、球囊、标识环组成，随附扩张器导管、止血阀、可撕鞘、正压阀、延长管和高压编织延长管。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期二年。	通过			第11批

921	C02072400215020162110000003	球囊导引导管	BGC095	BGC095	国械注准20253031222	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	球囊导引导管适用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。在进行血管造影或其他操作程序时，球囊可提供临时性的血管阻塞作用。该球囊导引导管还可以被用作取物器械的通道。	球囊导引导管由管座、应力释放管、轴杆、球囊、标识环组成，随附扩张器导管、止血阀、可撕鞘、正压阀、延长管和高压编织延长管。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期二年。	通过			第11批

922	C02072400215020162110000004	球囊导引导管	BGC100	BGC100	国械注准20253031222	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	球囊导引导管适用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。在进行血管造影或其他操作程序时，球囊可提供临时性的血管阻塞作用。该球囊导引导管还可以被用作取物器械的通道。	球囊导引导管由管座、应力释放管、轴杆、球囊、标识环组成，随附扩张器导管、止血阀、可撕鞘、正压阀、延长管和高压编织延长管。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期二年。	通过			第11批

923	C05030205600001093360000001	人工生物心脏瓣膜	主动脉瓣：25	主动脉瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批
924	C05030205600001093360000002	人工生物心脏瓣膜	主动脉瓣：21	主动脉瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

925	C05030205600001093360000003	人工生物心脏瓣膜	主动脉瓣：27	主动脉瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批
926	C05030205600001093360000004	人工生物心脏瓣膜	主动脉瓣：29	主动脉瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

927	C05030205600001093360000005	人工生物心脏瓣膜	主动脉瓣：19	主动脉瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批
928	C05030205600001093360000006	人工生物心脏瓣膜	主动脉瓣：23	主动脉瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

929	C05030205600002093360000001	人工生物心脏瓣膜	房室瓣：31	房室瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批
930	C05030205600002093360000002	人工生物心脏瓣膜	房室瓣：27	房室瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

931	C05030205600002093360000003	人工生物心脏瓣膜	房室瓣：25	房室瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批
932	C05030205600002093360000004	人工生物心脏瓣膜	房室瓣：35	房室瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

933	C05030205600002093360000005	人工生物心脏瓣膜	房室瓣：33	房室瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批
934	C05030205600002093360000006	人工生物心脏瓣膜	房室瓣：29	房室瓣	国械注准20173134064	甲类	056-瓣膜类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	隔离人工瓣膜	该产品用于替代患者病变的心脏瓣膜。	该产品分为主动脉瓣和房室瓣，由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。瓣叶材料为牛心包片，瓣架及瓣座材料为符合YY/T0605.7标准要求的钴铬镍钼铁合金，缝合环及缝合线材料为聚对苯二甲酸乙二酯。戊二醛灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

935	C03480610600000134960000018	超声骨动力设备-刀头	L7	FDF02812532	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批
936	C03480610600000134960000019	超声骨动力设备-刀头	L8	FDF02801528	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批

937	C03480610600000134960000033	超声骨动力设备-刀头	L7	FDF02806510	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批
938	C03480610600000134960000034	超声骨动力设备-刀头	L8	FDF02801511B	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批

939	C03480610600000134960000044	超声骨动力设备-刀头	L7	FDF02806512	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批
940	C03480610600000134960000052	超声骨动力设备-刀头	L21	FDF02812563	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批

941	C03480610600000134960000054	超声骨动力设备-刀头	L21	FDF02812560	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批
942	C03480610600000134960000063	超声骨动力设备-刀头	L32*3.6	FDF02812533	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批

943	C03480610600000134960000076	超声骨动力设备-刀头	L32*3.6	FDF02806555	国械注准20213010099	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，适用于对骨组织进行切割、磨削、钻孔。	产品由主机、脚踏开关、附件组成，其中附件包括手柄、刀头、刀头扳手和液流管套。手柄、刀头扳手为重复使用，使用前需灭菌处理；刀头、液流管套为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第11批
944	C03330310600000134960000007	一次性使用超声骨动力设备刀头	L26*3.6	FDH02812533	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

945	C03330310600000134960000008	一次性使用超声骨动力设备刀头	L38*4.2	FDH02812533	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
946	C03330310600000134960000009	一次性使用超声骨动力设备刀头	L24*3.6	FDH02812533	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

947	C03330310600000134960000010	一次性使用超声骨动力设备刀头	L38*4.2	FDH02806555	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
948	C03330310600000134960000011	一次性使用超声骨动力设备刀头	L26*4.2	FDH02806555	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

949	C03330310600000134960000012	一次性使用超声骨动力设备刀头	L32*3.6	FDH02806523	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
950	C03330310600000134960000013	一次性使用超声骨动力设备刀头	L32*3.6	FDH02806518	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

951	C03330310600000134960000014	一次性使用超声骨动力设备刀头	L38*3.6	FDH02801521	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
952	C03330310600000134960000015	一次性使用超声骨动力设备刀头	L26*4.2	FDH02812533	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

953	C03330310600000134960000016	一次性使用超声骨动力设备刀头	L32*3.6	FDH02801521	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
954	C03330310600000134960000017	一次性使用超声骨动力设备刀头	L26*3.6	FDH02806552	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

955	C03330310600000134960000018	一次性使用超声骨动力设备刀头	L38*3.6	FDH02812533	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
956	C03330310600000134960000019	一次性使用超声骨动力设备刀头	L32*4.2	FDH02812533	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

957	C03330310600000134960000020	一次性使用超声骨动力设备刀头	L32*3.6	FDH02812533	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
958	C03330310600000134960000021	一次性使用超声骨动力设备刀头	L26*3.6	FDH02806555	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

959	C03330310600000134960000022	一次性使用超声骨动力设备刀头	L32*4.2	FDH02806555	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
960	C03330310600000134960000023	一次性使用超声骨动力设备刀头	L38*3.6	FDH02806552	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

961	C03330310600000134960000024	一次性使用超声骨动力设备刀头	L32*3.6	FDH02806555	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
962	C03330310600000134960000025	一次性使用超声骨动力设备刀头	L32*3.6	FDH02806552	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

963	C03330310600000134960000026	一次性使用超声骨动力设备刀头	L26*3.6	FDH02801521	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
964	C03330310600000134960000027	一次性使用超声骨动力设备刀头	L38*3.6	FDH02806555	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱钻头	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

965	C03480610600000134960000098	一次性使用超声骨动力设备刀头	L14	FDH02712560	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
966	C03480610600000134960000099	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13C	FDH02806512	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

967	C03480610600000134960000100	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13FC	FDH02806510C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
968	C03480610600000134960000101	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13	FDH02806523	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

969	C03480610600000134960000102	一次性使用超声骨动力设备刀头	L14	FDH02712563	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
970	C03480610600000134960000103	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13	FDH02806552	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

971	C03480610600000134960000104	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13C	FDH02806525	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
972	C03480610600000134960000105	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7*4.0	FDH02806523	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

973	C03480610600000134960000106	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7	FDH02806510	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
974	C03480610600000134960000107	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13RC	FDH02806510C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

975	C03480610600000134960000108	一次性使用超声骨动力设备刀头	L25	FDH02712563	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
976	C03480610600000134960000109	一次性使用超声骨动力设备刀头	L21	FDH02801521	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

977	C03480610600000134960000110	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7	FDH02806512	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
978	C03480610600000134960000111	一次性使用超声骨动力设备刀头	L14	FDH02801511C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

979	C03480610600000134960000112	一次性使用超声骨动力设备刀头	L14	FDH02801511	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
980	C03480610600000134960000113	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13	FDH02806510	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

981	C03480610600000134960000114	一次性使用超声骨动力设备刀头	L14	FDH02801521	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
982	C03480610600000134960000115	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7	FDH02806525	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

983	C03480610600000134960000116	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7	FDH02806510C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
984	C03480610600000134960000117	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13*4.0	FDH02806523	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

985	C03480610600000134960000118	一次性使用超声骨动力设备刀头	L8	FDH027015 11	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
986	C03480610600000134960000119	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13	FDH028065 18	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

987	C03480610600000134960000120	一次性使用超声骨动力设备刀头	L21	FDH02712563	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
988	C03480610600000134960000121	一次性使用超声骨动力设备刀头	L21C	FDH02806523	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

989	C03480610600000134960000122	一次性使用超声骨动力设备刀头	L8	FDH02801521	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
990	C03480610600000134960000123	一次性使用超声骨动力设备刀头	L14	FDH02801521C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

991	C03480610600000134960000124	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13C	FDH02806510C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
992	C03480610600000134960000125	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13*2.5	FDH02806525	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

993	C03480610600000134960000126	一次性使用超声骨动力设备刀头	L8	FDH02806510B	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
994	C03480610600000134960000127	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13	FDH02806510C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

995	C03480610600000134960000128	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13	FDH02812532	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
996	C03480610600000134960000129	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13	FDH02806525	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

997	C03480610600000134960000130	一次性使用超声骨动力设备刀头	L25	FDH02712560	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
998	C03480610600000134960000131	一次性使用超声骨动力设备刀头	L21C	FDH02801521	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

999	C03480610600000134960000132	一次性使用超声骨动力设备刀头	L8	FDH02801521C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
1000	C03480610600000134960000133	一次性使用超声骨动力设备刀头	L21	FDH02712560	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

1001	C03480610600000134960000134	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7	FDH02806552	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
1002	C03480610600000134960000135	一次性使用超声骨动力设备刀头	L14C	FDH02801521	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

1003	C03480610600000134960000136	一次性使用超声骨动力设备刀头	L21	FDH02806523	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
1004	C03480610600000134960000137	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7	FDH02806523	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

1005	C03480610600000134960000138	一次性使用超声骨动力设备刀头	L8	FDH02801511C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
1006	C03480610600000134960000139	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7	FDH02812532	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

1007	C03480610600000134960000140	一次性使用超声骨动力设备刀头	L13	FDH02806512	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
1008	C03480610600000134960000141	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7FC	FDH02806510C	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

1009	C03480610600000134960000142	一次性使用超声骨动力设备刀头	L8	FDH02801511	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
1010	C03480610600000134960000143	一次性使用超声骨动力设备刀头	L7	FDH02806518	京械注准20242010704	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品在医疗机构使用，预期与本公司和江苏水木天蓬科技有限公司具有超声骨组织手术功能的主机和手柄配合，用于对骨组织进行切割、磨削和钻孔。	产品由刀头尖端和刀杆组成，环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

1011	C14070318300000092720000001	一次性使用无创脑电传感器	E-8000型	E-8000型	京械注准20162071169	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	一次性使用无创脑电传感器	该产品与脑电监护设备配合使用,可无创地测量患者脑电信号。	该产品由电极片部分(医用海棉、医用泡棉、导电胶、氯化银传感导线）和设备接插件组成	通过			第11批
1012	C14070318300000092720000005	一次性使用无创脑电传感器	E-7000型	E-7000型	京械注准20242070460	丙类	183-贴片类	否			是	HAP05902	麻醉深度电生理监测	连接电极或传感器，使用神经电生理监测仪，根据脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位等图形数据的变化调节麻醉深度。	传感器	一次性无创脑电传感器	该产品与我公司BCP-100A型、BCP-200A型、BCP-300A型脑电监测TCI注射泵设备配合使用，适用于采集并获取受观测者人体体表脑电信号	该产品由电极片部分(海棉、泡棉、导电膏、氯化银传感导线)和接插件组成。	通过			第11批
1013	C14070318300000092720000006	一次性使用无创脑电传感器	E-7100型	E-7100型	京械注准20242070460	丙类	183-贴片类	否			是	HAP05902	麻醉深度电生理监测	连接电极或传感器，使用神经电生理监测仪，根据脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位等图形数据的变化调节麻醉深度。	传感器	一次性无创脑电传感器	该产品与我公司BCP-100A型、BCP-200A型、BCP-300A型脑电监测TCI注射泵设备配合使用，适用于采集并获取受观测者人体体表脑电信号	该产品由电极片部分(海棉、泡棉、导电膏、氯化银传感导线)和接插件组成。	通过			第11批

1014	C14070318300000092720000007	一次性使用无创脑电传感器	E-7200型	E-7200型	京械注准20242070460	丙类	183-贴片类	否			是	HAP05902	麻醉深度电生理监测	连接电极或传感器，使用神经电生理监测仪，根据脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位等图形数据的变化调节麻醉深度。	传感器	一次性无创脑电传感器	该产品与我公司BCP-100A型、BCP-200A型、BCP-300A型脑电监测TCI注射泵设备配合使用，适用于采集并获取受观测者人体体表脑电信号	该产品由电极片部分(海棉、泡棉、导电膏、氯化银传感导线)和接插件组成。	通过			第11批
1015	C02070500400003084380000004	经外周穿刺中线导管	MML600-06108	MML600-06108	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1016	C02070500400003084380000005	经外周穿刺中线导管	MML606-02106	MML606-02106	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1017	C02070500400003084380000021	经外周穿刺中线导管	MML600-06112	MML600-06112	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1018	C02070500400003084380000035	经外周穿刺中线导管	MML606-02112	MML606-02112	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1019	C02070500400003084380000036	经外周穿刺中线导管	MML600-06212	MML600-06212	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1020	C02070500400003084380000038	经外周穿刺中线导管	MML600-06110	MML600-06110	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1021	C02070500400003084380000039	经外周穿刺中线导管	MML606-03108	MML606-03108	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1022	C02070500400003084380000040	经外周穿刺中线导管	MML606-03112	MML606-03112	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1023	C02070500400003084380000046	经外周穿刺中线导管	MML606-02110	MML606-02110	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1024	C02070500400003084380000051	经外周穿刺中线导管	MML606-03110	MML606-03110	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1025	C02070500400003084380000054	经外周穿刺中线导管	MML600-06206	MML600-06206	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1026	C02070500400003084380000058	经外周穿刺中线导管	MML606-04112	MML606-04112	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1027	C02070500400003084380000061	经外周穿刺中线导管	MML606-04106	MML606-04106	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1028	C02070500400003084380000063	经外周穿刺中线导管	MML606-02108	MML606-02108	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1029	C02070500400003084380000069	经外周穿刺中线导管	MML600-06210	MML600-06210	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1030	C02070500400003084380000073	经外周穿刺中线导管	MML606-03106	MML606-03106	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1031	C02070500400003084380000077	经外周穿刺中线导管	MML606-04110	MML606-04110	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1032	C0207050040000308438000008 1	经外周穿刺中线导管	MML600-06208	MML600-06208	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1033	C02070500400003084380000084	经外周穿刺中线导管	MML606-04108	MML606-04108	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1034	C02070500400004084380000002	经外周穿刺中线导管	MML606-03114	MML606-03114	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1035	C0207050040000408438000012	经外周穿刺中线导管	MML600-06216	MML600-06216	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1036	C02070500400004084380000013	经外周穿刺中线导管	MML606-03116	MML606-03116	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1037	C0207050040000408438000018	经外周穿刺中线导管	MML600-06116	MML600-06116	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1038	C02070500400004084380000021	经外周穿刺中线导管	MML606-04114	MML606-04114	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1039	C02070500400004084380000028	经外周穿刺中线导管	MML600-06114	MML600-06114	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1040	C02070500400004084380000034	经外周穿刺中线导管	MML600-05214	MML600-05214	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1041	C0207050040000408438000035	经外周穿刺中线导管	MML600-05216	MML600-05216	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1042	C02070500400004084380000036	经外周穿刺中线导管	MML600-06214	MML600-06214	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第11批

1043	C10060201000000072420000002	一次性使用血液回收耗材	225ml-分离杯组件	225ml	国械注准20153100634	丙类	010-管路类	否			是	310800007b	术中自体血回收		血回收耗材	血回收耗材	临床用于患者自体血液的收集、分离和回输。	分离器由离心式血液成分分离杯（以下简称分离杯）、管路系统和收集系统三部分组成：a）分离杯由内杯和外杯组成。b）管路系统由穿刺器、滴斗、流量调节器、采血三通、双管（采血管和抗凝液管）、穿刺器保护套、输血插口、红细胞回收袋连接管、泵管、贮血滤血器连接头、保护帽、管	通过			第11批

1044	C10060201000000072420000003	一次性使用血液回收耗材	225ml-双管组件	225ml	国械注准20153100634	丙类	010-管路类	否			是	310800007b	术中自体血回收		血回收耗材	血回收耗材	临床用于患者自体血液的收集、分离和回输。	产品由离心式血液成分分离杯（以下简称分离杯）、管路系统和收集系统三部分组成：a）分离杯由内杯和外杯组成。b）管路系统由穿刺器、滴斗、流量调节器、采血三通、双管（采血管和抗凝液管）、穿刺器保护套、输血插口、红细胞回收袋连接管、泵管、贮血滤血器连接头、保护帽、管夹	通过			第11批

1045	C11021217210032080980000001	一次性可吸收钉皮内吻合器	S 1012	S 1012	国械注准20173020874	丙类	172-吻合器类	否			是	HTD75501	经腹腔镜全子宫切除术	消毒铺巾，切开脐部小切口1厘米以长针穿入腹壁，证实进入腹腔后，充气，建立气腹，放入腹腔镜，分别于双侧髂棘内侧5厘米处切开0.5厘米小切口，分别放入直径0.5厘米小套管，必要时可于脐耻间行第四直径0.5厘米小切口，放置套管，腹腔镜探查盆腹腔，腹腔镜下切除双侧卵巢固有韧	”特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器”	缝合器	适用于腹部、肩颈部、胸部手术皮内缝合	一次性可吸收钉皮内吻合器主体由两大部分组成：可吸收缝合钉和吻合器。可吸收缝合钉是由L-丙交酯和乙交酯共聚物经注塑而成。吻合器由塑料部件（ABS、PC）和金属部件（SUS304）构成。本产品采用辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

1046	C11021217210032080980000003	一次性可吸收钉皮内吻合器	S 1007	S 1007	国械注准20173020874	丙类	172-吻合器类	否			是	HTD75501	经腹腔镜全子宫切除术	消毒铺巾，切开脐部小切口1厘米以长针穿入腹壁，证实进入腹腔后，充气，建立气腹，放入腹腔镜，分别于双侧髂棘内侧5厘米处切开0.5厘米小切口，分别放入直径0.5厘米小套管，必要时可于脐耻间行第四直径0.5厘米小切口，放置套管，腹腔镜探查盆腹腔，腹腔镜下切除双侧卵巢固有韧	”特殊穿刺针（器），钛夹，吻合器，缝合器”	缝合器	适用于腹部、肩颈部、胸部手术皮内缝合	一次性可吸收钉皮内吻合器主体由两大部分组成：可吸收缝合钉和吻合器。可吸收缝合钉是由L-丙交酯和乙交酯共聚物经注塑而成。吻合器由塑料部件（ABS、PC）和金属部件（SUS304）构成。本产品采用辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

1047	C11021217210032080980000006	一次性可吸收钉皮内吻合器	S 1015	S 1015	国械注准20173020874	丙类	172-吻合器类	否			是	HTD75501	经腹腔镜全子宫切除术	消毒铺巾，切开脐部小切口1厘米以长针穿入腹壁，证实进入腹腔后，充气，建立气腹，放入腹腔镜，分别于双侧髂棘内侧5厘米处切开0.5厘米小切口，分别放入直径0.5厘米小套管，必要时可于脐耻间行第四直径0.5厘米小切口，放置套管，腹腔镜探查盆腹腔，腹腔镜下切除双侧卵巢固有韧	”特殊穿刺针（器），钛夹，吻合器，缝合器”	缝合器	适用于腹部、肩颈部、胸部手术皮内缝合	一次性可吸收钉皮内吻合器主体由两大部分组成：可吸收缝合钉和吻合器。可吸收缝合钉是由L-丙交酯和乙交酯共聚物经注塑而成。吻合器由塑料部件（ABS、PC）和金属部件（SUS304）构成。本产品采用辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

1048	C11021217210032080980000007	一次性可吸收钉皮内吻合器	S 1030	S 1030	国械注准20173020874	丙类	172-吻合器类	否			是	HTD75501	经腹腔镜全子宫切除术	消毒铺巾，切开脐部小切口1厘米以长针穿入腹壁，证实进入腹腔后，充气，建立气腹，放入腹腔镜，分别于双侧髂棘内侧5厘米处切开0.5厘米小切口，分别放入直径0.5厘米小套管，必要时可于脐耻间行第四直径0.5厘米小切口，放置套管，腹腔镜探查盆腹腔，腹腔镜下切除双侧卵巢固有韧	”特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器”	缝合器	适用于腹部、肩颈部、胸部手术皮内缝合	一次性可吸收钉皮内吻合器主体由两大部分组成：可吸收缝合钉和吻合器。可吸收缝合钉是由L-丙交酯和乙交酯共聚物经注塑而成。吻合器由塑料部件（ABS、PC）和金属部件（SUS304）构成。本产品采用辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

1049	C14080418500002057020000006	可吸收缝合线	14S07C	14S07C	国械注进20163020193	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	本产品适用于软组织缝合和/或结扎，尤其是当需要长时间的缝合（长达六周）的情况下，包括用于儿科心血管、外周血管手术，眼科手术和显微手术。	可吸收缝合线由聚对二氧环己酮（PDS）单丝加工而成，带不锈钢缝合针。缝合线经（D&C紫色2号编号CI60725）染色为紫色。环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

1050	C14080418500003057020000019	可吸收缝合线	14S35L	14S35L	国械注进20163020193	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	本产品适用于软组织缝合和/或结扎，尤其是当需要长时间的缝合（长达六周）的情况下，包括用于儿科心血管、外周血管手术，眼科手术和显微手术。	可吸收缝合线由聚对二氧环己酮（PDS）单丝加工而成，带不锈钢缝合针。缝合线经（D&C紫色2号编号CI60725）染色为紫色。环氧乙烷灭菌。	通过			第11批

1051	C0206340040000011325000000 1	一次性使用外周血管内超声诊断导管	H7493932800350	H7493932800350	国械注进20243060302	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	在医疗机构使用，与本公司生产的血管内超声系统（型号：H7493932222CIMO、H7493932222CCMO、H7493932222CIO、H7493932222CCO，软件发布版本：2.8或2.14 ）以及其他经批准可与本产品配用的主机配合使用，适用于需要进行外周血管（下腔静脉、髂股静脉、腘静脉、胸主动脉、腹主动	本产品包装内包含一次性使用外周血管内超声诊断导管、无菌袋、延长管、3mL和10mL注射器以及三通阀。导管由成像核心和导管体组成。	通过			第11批

1052	C0206340040000011325000002	一次性使用外周血管内超声诊断导管	H7493932801350	H7493932801350	国械注进20243060302	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	在医疗机构使用，与本公司生产的血管内超声系统（型号：H7493932222CIMO、H7493932222CCMO、H7493932222CIO、H7493932222CCO，软件发布版本：2.8或2.14 ）以及其他经批准可与本产品配用的主机配合使用，适用于需要进行外周血管（下腔静脉、髂股静脉、腘静脉、胸主动脉、腹主动	本产品包装内包含一次性使用外周血管内超声诊断导管、无菌袋、延长管、3mL和10mL注射器以及三通阀。导管由成像核心和导管体组成。	通过			第11批

1053	C03420110701007029110000001	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)18R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1054	C03420110701007029110000002	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)14R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1055	C03420110701007029110000003	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)10R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1056	C03420110701007029110000004	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)10L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1057	C03420110701007029110000005	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)15L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1058	C03420110701007029110000006	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)14L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1059	C03420110701007029110000007	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)11L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1060	C03420110701007029110000008	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)11R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1061	C03420110701007029110000009	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)15R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1062	C03420110701007029110000010	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)16R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1063	C03420110701007029110000011	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)17L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1064	C03420110701007029110000012	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)13R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1065	C03420110701007029110000013	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)12L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1066	C03420110701007029110000014	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)12R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1067	C03420110701007029110000015	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)18L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1068	C03420110701007029110000016	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)16L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1069	C03420110701007029110000017	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)17R	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1070	C03420110701007029110000018	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-保留型)13L	BCPCFC Ⅱ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1071	C03420110701013029110000001	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)16L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1072	C03420110701013029110000002	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)16R	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1073	C03420110701013029110000003	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)13R	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1074	C03420110701013029110000004	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)18L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1075	C03420110701013029110000005	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)17R	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1076	C03420110701013029110000006	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)12L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1077	C03420110701013029110000007	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)12R	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1078	C03420110701013029110000008	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)14L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1079	C03420110701013029110000009	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)11R	BCPCFC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1080	C03420110701013029110000010	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)18R	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1081	C03420110701013029110000011	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)15R	BCPCFC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1082	C03420110701013029110000012	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)14R	BCPCFC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1083	C03420110701013029110000013	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)17L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1084	C03420110701013029110000014	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)10R	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1085	C03420110701013029110000015	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)11L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1086	C03420110701013029110000016	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)13L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1087	C03420110701013029110000017	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)15L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1088	C03420110701013029110000018	膝关节假体	(高屈膝股骨髁-替代型)10L	BCPCFC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1089	C03420210701012029110000001	膝关节假体	(胫骨托FX)18#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1090	C03420210701012029110000002	膝关节假体	(胫骨托FX)10#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1091	C03420210701012029110000003	膝关节假体	(胫骨托FX)11#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1092	C03420210701012029110000004	膝关节假体	(胫骨托FX)16#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1093	C03420210701012029110000005	膝关节假体	(胫骨托FX)17#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1094	C03420210701012029110000006	膝关节假体	(胫骨托FX)15#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1095	C03420210701012029110000007	膝关节假体	(胫骨托FX)14#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1096	C03420210701012029110000008	膝关节假体	(胫骨托FX)12#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1097	C03420210701012029110000009	膝关节假体	(胫骨托FX)13#	BCPCTC Ⅰ	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1098	C03420310703011029110000001	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1099	C03420310703011029110000002	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1100	C03420310703011029110000003	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1101	C03420310703011029110000004	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1102	C03420310703011029110000005	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1103	C03420310703011029110000006	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1104	C03420310703011029110000007	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17# 10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1105	C03420310703011029110000008	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1106	C03420310703011029110000009	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1107	C03420310703011029110000010	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1108	C03420310703011029110000011	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1109	C03420310703011029110000012	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1110	C03420310703011029110000013	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1111	C03420310703011029110000014	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1112	C03420310703011029110000015	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1113	C03420310703011029110000016	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1114	C03420310703011029110000017	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1115	C03420310703011029110000018	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1116	C03420310703011029110000019	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1117	C03420310703011029110000020	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1118	C03420310703011029110000021	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1119	C03420310703011029110000022	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1120	C03420310703011029110000023	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1121	C03420310703011029110000024	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1122	C03420310703011029110000025	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1123	C03420310703011029110000026	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1124	C03420310703011029110000027	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1125	C03420310703011029110000028	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1126	C03420310703011029110000029	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1127	C03420310703011029110000030	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1128	C03420310703011029110000031	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1129	C03420310703011029110000032	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1130	C03420310703011029110000033	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1131	C03420310703011029110000034	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1132	C03420310703011029110000035	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1133	C03420310703011029110000036	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1134	C03420310703011029110000037	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1135	C03420310703011029110000038	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1136	C03420310703011029110000039	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1137	C03420310703011029110000040	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1138	C03420310703011029110000041	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1139	C03420310703011029110000042	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1140	C03420310703011029110000043	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1141	C03420310703011029110000044	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1142	C03420310703011029110000045	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1143	C03420310703011029110000046	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1144	C03420310703011029110000047	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1145	C03420310703011029110000048	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1146	C03420310703011029110000049	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1147	C03420310703011029110000050	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1148	C03420310703011029110000051	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1149	C03420310703011029110000052	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1150	C03420310703011029110000053	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1151	C03420310703011029110000054	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1152	C03420310703011029110000055	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1153	C03420310703011029110000056	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1154	C03420310703011029110000057	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1155	C03420310703011029110000058	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1156	C03420310703011029110000059	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1157	C03420310703011029110000060	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1158	C03420310703011029110000061	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1159	C03420310703011029110000062	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1160	C03420310703011029110000063	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1161	C03420310703011029110000064	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1162	C03420310703011029110000065	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1163	C03420310703011029110000066	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1164	C03420310703011029110000067	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1165	C03420310703011029110000068	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1166	C03420310703011029110000069	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1167	C03420310703011029110000070	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1168	C03420310703011029110000071	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1169	C03420310703011029110000072	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1170	C03420310703011029110000073	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1171	C03420310703011029110000074	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1172	C03420310703011029110000075	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1173	C03420310703011029110000076	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1174	C03420310703011029110000077	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1175	C03420310703011029110000078	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1176	C03420310703011029110000079	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1177	C03420310703011029110000080	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)12#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1178	C03420310703011029110000081	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1179	C03420310703011029110000082	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1180	C03420310703011029110000083	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1181	C03420310703011029110000084	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)10#9mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1182	C03420310703011029110000085	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#13mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1183	C03420310703011029110000086	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1184	C03420310703011029110000087	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#12mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1185	C03420310703011029110000088	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#8mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1186	C03420310703011029110000089	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)13#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1187	C03420310703011029110000090	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#10mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1188	C03420310703011029110000091	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1189	C03420310703011029110000092	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)15#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1190	C03420310703011029110000093	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#6mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1191	C03420310703011029110000094	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)14#11mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1192	C03420310703011029110000095	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)18#16mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1193	C03420310703011029110000096	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)11#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1194	C03420310703011029110000097	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)16#7mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1195	C03420310703011029110000098	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#14mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1196	C03420310703011029110000099	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-保留型)17#15mm	BMC III	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1197	C03420310703012029110000001	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1198	C03420310703012029110000002	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1199	C03420310703012029110000003	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1200	C03420310703012029110000004	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1201	C03420310703012029110000005	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1202	C03420310703012029110000006	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1203	C03420310703012029110000007	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1204	C03420310703012029110000008	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1205	C03420310703012029110000009	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1206	C03420310703012029110000010	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1207	C03420310703012029110000011	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1208	C03420310703012029110000012	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1209	C03420310703012029110000013	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1210	C03420310703012029110000014	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1211	C03420310703012029110000015	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1212	C03420310703012029110000016	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1213	C03420310703012029110000017	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1214	C03420310703012029110000018	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1215	C03420310703012029110000019	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1216	C03420310703012029110000020	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1217	C03420310703012029110000021	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1218	C03420310703012029110000022	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1219	C03420310703012029110000023	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1220	C03420310703012029110000024	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1221	C03420310703012029110000025	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1222	C03420310703012029110000026	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1223	C03420310703012029110000027	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1224	C03420310703012029110000028	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1225	C03420310703012029110000029	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1226	C03420310703012029110000030	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1227	C03420310703012029110000031	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1228	C03420310703012029110000032	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1229	C03420310703012029110000033	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1230	C03420310703012029110000034	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1231	C03420310703012029110000035	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1232	C03420310703012029110000036	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1233	C03420310703012029110000037	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1234	C03420310703012029110000038	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1235	C0342031070301202911000003 9	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1236	C03420310703012029110000040	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1237	C03420310703012029110000041	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1238	C03420310703012029110000042	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1239	C03420310703012029110000043	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1240	C03420310703012029110000044	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1241	C03420310703012029110000045	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1242	C03420310703012029110000046	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1243	C03420310703012029110000047	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1244	C03420310703012029110000048	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1245	C03420310703012029110000049	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1246	C03420310703012029110000050	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1247	C03420310703012029110000051	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1248	C03420310703012029110000052	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1249	C03420310703012029110000053	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1250	C03420310703012029110000054	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1251	C03420310703012029110000055	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1252	C03420310703012029110000056	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1253	C03420310703012029110000057	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1254	C03420310703012029110000058	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1255	C03420310703012029110000059	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1256	C03420310703012029110000060	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1257	C03420310703012029110000061	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1258	C03420310703012029110000062	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1259	C03420310703012029110000063	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1260	C03420310703012029110000064	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1261	C03420310703012029110000065	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1262	C03420310703012029110000066	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1263	C03420310703012029110000067	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1264	C03420310703012029110000068	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1265	C03420310703012029110000069	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1266	C03420310703012029110000070	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1267	C0342031070301202911000007l	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1268	C03420310703012029110000072	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)17#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1269	C03420310703012029110000073	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1270	C03420310703012029110000074	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1271	C03420310703012029110000075	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1272	C03420310703012029110000076	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1273	C03420310703012029110000077	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1274	C03420310703012029110000078	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1275	C03420310703012029110000079	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1276	C03420310703012029110000080	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1277	C03420310703012029110000081	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1278	C03420310703012029110000082	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#14mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1279	C03420310703012029110000083	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1280	C03420310703012029110000084	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#16mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1281	C03420310703012029110000085	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)12#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1282	C03420310703012029110000086	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#10mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1283	C03420310703012029110000087	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#13mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1284	C03420310703012029110000088	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1285	C03420310703012029110000089	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#11mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1286	C03420310703012029110000090	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)18#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1287	C03420310703012029110000091	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)16#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1288	C03420310703012029110000092	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)13#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1289	C03420310703012029110000093	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#6mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1290	C03420310703012029110000094	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)15#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1291	C03420310703012029110000095	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#12mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1292	C03420310703012029110000096	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#8mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1293	C03420310703012029110000097	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)14#15mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1294	C03420310703012029110000098	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)10#7mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1295	C03420310703012029110000099	膝关节假体	(胫骨衬垫FX-替代型)11#9mm	BMC I	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1296	C03420410702005029110000001	膝关节假体	(髌骨假体M型)32mm	BPC II	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1297	C03420410702005029110000002	膝关节假体	(髌骨假体M型)35mm	BPC II	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1298	C03420410702005029110000003	膝关节假体	(髌骨假体M型)38mm	BPC II	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1299	C03420410702005029110000004	膝关节假体	(髌骨假体M型)29mm	BPC II	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1300	C03420410702005029110000005	膝关节假体	(髌骨假体M型)41mm	BPC II	国械注准20243132523	甲类	107-人工关节类	是-国家	不视为非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为骨水泥型膝关节假体使用，用于膝关节置换。	膝关节假体由高屈膝股骨髁、胫骨托、胫骨衬垫、髌骨假体组成。高屈膝股骨髁、胫骨托由符合YY 0117.3规定的钴铬钼合金铸件材料制成；胫骨衬垫、髌骨假体由符合GB/T 19701.2表1中规定的2型超高分子量聚乙烯材料制成。灭菌包装，其中金属部件高屈膝股骨髁、胫骨托采用辐照灭菌，超高	通过			第11批

1301	C01022102300000023260000073	一次性使用弹性线套扎吻合器	ETZQ-3-B-T	ETZQ-3-B-T	苏械注准20192020263	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于直肠镜协助下进行内痔的套扎治疗，仅供成年患者使用。	一次性使用弹性线套扎吻合器依据击发方式不同分为拔轮款（ETZQ）和扳机款（ZDZQ）两种型号。ETZQ型套扎吻合器由枪体和直肠镜组成。枪体由圈套管、弹性线、长管、齿轮、拉线、排气孔开关、外壳、气管接头、收紧部件组成；ZDZQ型套扎吻合器由枪体和枪管组件组成，枪体由外壳	通过			第11批

1302	C01022102300000023260000074	一次性使用弹性线套扎吻合器	ETZQ-4-B-T	ETZQ-4-B-T	苏械注准20192020263	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于直肠镜协助下进行内痔的套扎治疗，仅供成年患者使用。	一次性使用弹性线套扎吻合器依据击发方式不同分为拔轮款（ETZQ）和扳机款（ZDZQ）两种型号。ETZQ型套扎吻合器由枪体和直肠镜组成。枪体由圈套管、弹性线、长管、齿轮、拉线、排气孔开关、外壳、气管接头、收紧部件组成；ZDZQ型套扎吻合器由枪体和枪管组件组成，枪体由外壳	通过			第11批

1303	C01022102300000023260000075	一次性使用弹性线套扎吻合器	ETZQ-5-B-T	ETZQ-5-B-T	苏械注准20192020263	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于直肠镜协助下进行内痔的套扎治疗，仅供成年患者使用。	一次性使用弹性线套扎吻合器依据击发方式不同分为拔轮款（ETZQ）和扳机款（ZDZQ）两种型号。ETZQ型套扎吻合器由枪体和直肠镜组成。枪体由圈套管、弹性线、长管、齿轮、拉线、排气孔开关、外壳、气管接头、收紧部件组成；ZDZQ型套扎吻合器由枪体和枪管组件组成，枪体由外壳	通过			第11批

1304	C01022102300000023260000084	电动痔疮套扎器系统	DTA-1-I	DTA-1-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1305	C01022102300000023260000085	电动痔疮套扎器系统	DTE-4-I	DTE-4-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1306	C01022102300000023260000087	电动痔疮套扎器系统	DTE-5-I	DTE-5-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1307	C01022102300000023260000091	电动痔疮套扎器系统	DTD-4-I	DTD-4-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1308	C01022102300000023260000094	电动痔疮套扎器系统	DTA-3-I	DTA-3-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1309	C01022102300000023260000101	电动痔疮套扎器系统	DTE-1-I	DTE-1-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1310	C01022102300000023260000102	电动痔疮套扎器系统	DTE-6-I	DTE-6-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1311	C01022102300000023260000103	电动痔疮套扎器系统	DTA-3-Ⅱ	DTA-3-Ⅱ	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1312	C01022102300000023260000104	电动痔疮套扎器系统	DTA-6-I	DTA-6-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1313	C01022102300000023260000110	电动痔疮套扎器系统	DTA-5-Ⅱ	DTA-5-Ⅱ	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1314	C01022102300000023260000111	电动痔疮套扎器系统	DTA-4-I	DTA-4-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1315	C01022102300000023260000113	电动痔疮套扎器系统	DTD-6-I	DTD-6-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1316	C01022102300000023260000115	电动痔疮套扎器系统	DTE-3-I	DTE-3-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1317	C01022102300000023260000118	电动痔疮套扎器系统	DTD-3-I	DTD-3-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1318	C01022102300000023260000119	电动痔疮套扎器系统	DTE-2-I	DTE-2-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1319	C01022102300000023260000123	电动痔疮套扎器系统	DTA-4-Ⅱ	DTA-4-Ⅱ	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1320	C01022102300000023260000124	电动痔疮套扎器系统	DTB-1-I	DTB-1-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1321	C01022102300000023260000127	电动痔疮套扎器系统	DTA-5-I	DTA-5-I	苏械注准20242012279	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	电动痔疮套扎器系统由套扎系统主体、辅件、弹性线收紧部件组成。套扎系统主体由外管、击发扣手、控制按键、上/下手柄、电池盖、紧急旋钮组成；弹性线收紧部件由弹性线圈、胶圈、吸管接头、密封圈、拉线接头组成；辅件由扩张器和导入器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

1322	C01060102600003015610000002	一次性使用肺结节定位穿刺针	FDZ-M-110-F	FDZ-M-110-F	苏械注准20252020197	丙类	026-穿刺器类	否			是	331601015	乳腺肿瘤组织标记定位针置入术	消毒铺巾，麻醉，影像引导下选择肿物位置，将组织标记物、定位针直接穿刺或者通过专用管路置入目标组织内，不含影像学引导。	乳腺标记定位针	乳腺标记定位针	适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。	一次性使用肺结节定位穿刺针根据产品外形分为锤型（C）和锚型（M）两种型号，根据产品外形分为分列式和直列式两种型号，定位针由穿刺针、推送杆、弹簧圈及拉线组成，穿刺针由堵帽、护套管、针柄、针管组成；分列式推送杆由推杆、手柄组成，直列式推送杆由推送杆、手柄、	通过			第11批

1323	C01060102600003015610000003	一次性使用肺结节定位穿刺针	FDZ-C-110-Z	FDZ-C-110-Z	苏械注准20252020197	丙类	026-穿刺器类	否			是	331601015	乳腺肿瘤组织标记定位针置入术	消毒铺巾，麻醉，影像引导下选择肿物位置，将组织标记物、定位针直接穿刺或者通过专用管路置入目标组织内，不含影像学引导。	乳腺标记定位针	乳腺标记定位针	适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。	一次性使用肺结节定位穿刺针根据产品外形分为锤型（C）和锚型（M）两种型号，根据产品外形分为分列式和直列式两种型号，定位针由穿刺针、推送杆、弹簧圈及拉线组成，穿刺针由堵帽、护套管、针柄、针管组成；分列式推送杆由推杆、手柄组成，直列式推送杆由推送杆、手柄、	通过			第11批

1324	C01060102600003015610000004	一次性使用肺结节定位穿刺针	FDZ-M-110-Z	FDZ-M-110-Z	苏械注准20252020197	丙类	026-穿刺器类	否			是	331601015	乳腺肿瘤组织标记定位针置入术	消毒铺巾，麻醉，影像引导下选择肿物位置，将组织标记物、定位针直接穿刺或者通过专用管路置入目标组织内，不含影像学引导。	乳腺标记定位针	乳腺标记定位针	适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。	一次性使用肺结节定位穿刺针根据产品外形分为锤型（C）和锚型（M）两种型号，根据产品外形分为分列式和直列式两种型号，定位针由穿刺针、推送杆、弹簧圈及拉线组成，穿刺针由堵帽、护套管、针柄、针管组成；分列式推送杆由推杆、手柄组成，直列式推送杆由推送杆、手柄、	通过			第11批
1325	C09010703400000070730000002	一次性使用心外吸引管导管	小号-2	小号-2	国械注准20163102170	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房	左房引流管	适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液用。	本产品由吸引头、管体、接头、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用。	通过			第11批

1326	C09010703400000070730000003	一次性使用心外吸引管导管	大号-2	大号-2	国械注准20163102170	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房	左房引流管	适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液用。	本产品由吸引头、管体、接头、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用。	通过			第11批
1327	C09010703400000070730000004	一次性使用心外吸引管导管	小号-1	小号-1	国械注准20163102170	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房	左房引流管	适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液用。	本产品由吸引头、管体、接头、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用。	通过			第11批

1328	C09010703400000070730000007	一次性使用左心引流管	小号	A型	国械注准20193100741	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	左房引流管	供心血管手术中用于左心脏排气，吸引减压或减轻左心负荷，吸引心脏术野内血液等液体使用。	产品由吸引头、管体和接头组成，吸引头采用06Cr19Ni10材料制成;管体软管采用聚氯乙烯塑料(增塑剂为邻苯二甲酸(2-乙基)二己酯)制成，不锈钢丝采用06Cr19Ni10材料制成;接头采用聚碳酸酯专用料制成。产品采用环氧乙烷灭	通过			第11批
1329	C09010703400000070730000008	一次性使用左心引流管	小号	B型	国械注准20193100741	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	左房引流管	供心血管手术中用于左心脏排气，吸引减压或减轻左心负荷，吸引心脏术野内血液等液体使用。	产品由吸引头、管体和接头组成，吸引头采用06Cr19Ni10材料制成;管体软管采用聚氯乙烯塑料(增塑剂为邻苯二甲酸(2-乙基)二己酯)制成，不锈钢丝采用06Cr19Ni10材料制成;接头采用聚碳酸酯专用料制成。产品采用环氧乙烷灭	通过			第11批

1330	C160401026000081378100000002	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-15-16.1x120-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1331	C160401026000081378100000003	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTH-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1332	C16040102600008137810000013	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-10-11.4x120-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1333	C16040102600008137810000017	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTM-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1334	C160401026000081378100000023	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTC-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1335	C16040102600008137810000028	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTJ-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1336	C16040102600008137810000031	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-3-4.5x55-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1337	C16040102600008137810000034	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-12-13.1x130-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1338	C16040102600008137810000037	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTB-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1339	C16040102600008137810000059	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTG-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1340	C16040102600008137810000067	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTE-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1341	C16040102600008137810000072	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTS-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1342	C16040102600008137810000082	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-5-6.0x110-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1343	C16040102600008137810000090	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTA-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1344	C16040102600008137810000099	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTN-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1345	C16040102600008137810000107	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTR-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1346	C160401026000081378100001 08	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-12-13.1x112-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1347	C16040102600008137810000109	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-15-16.1x95-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1348	C16040102600008137810000114	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-10-11.4x75-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1349	C16040102600008137810000127	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTN-BL02型	SRT-BL型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1350	C16040102600008137810000129	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTH-BL02型	SRT-BL型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1351	C16040102600008137810000136	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTQ-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1352	C16040102600008137810000143	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTK-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1353	C16040102600008137810000146	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTD-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1354	C16040102600008137810000149	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTL-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1355	C16040102600008137810000160	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-3-4.5x78-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1356	C16040102600008137810000162	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTI-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1357	C16040102600008137810000169	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-12-13.1x85-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1358	C160401026000081378100000170	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTP-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1359	C16040102600008137810000174	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTF-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1360	C16040102600008137810000175	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-10-11.4x100-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1361	C16040102600008137810000178	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRDT-5-6.0x91-B	SRDT-单支装穿刺器	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1362	C16040102600008137810000180	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTT-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1363	C16040102600008137810000185	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTO-BM02型	SRT-BM型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1364	C16040102600008137810000187	一次性使用腹部穿刺器及套装	SRTO-BL02型	SRT-BL型穿刺器套装	苏械注准20212020077	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用腹部穿刺器(以下简称“穿刺器”)及套装由穿刺套管和穿刺杆组成，选配件为气腹针和标本袋。穿刺套管由密封帽、阻气阀、套管、注气阀组成；穿刺杆由穿刺针和穿刺针手柄组成。套管表面有螺纹，穿刺杆头端可带或不带穿刺刀。气腹针由接头、控制开关、手柄、弹簧、钢针套管	通过			第11批

1365	C11021517210000137810000053	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-36	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1366	C11021517210000137810000054	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-18	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1367	C11021517210000137810000055	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-20	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1368	C11021517210000137810000056	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-34	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1369	C11021517210000137810000057	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-22	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1370	C11021517210000137810000058	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-24	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1371	C11021517210000137810000059	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－B-30	SR/DCVS－B	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1372	C11021517210000137810000060	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－B-14	SR/DCVS－B	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1373	C11021517210000137810000061	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-28	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1374	C11021517210000137810000062	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-30	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1375	C11021517210000137810000063	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-34	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1376	C11021517210000137810000064	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-14	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1377	C11021517210000137810000065	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－B-22	SR/DCVS－B	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1378	C11021517210000137810000066	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-30	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1379	C11021517210000137810000067	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-28	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1380	C11021517210000137810000068	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-32	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1381	C11021517210000137810000069	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-24	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1382	C11021517210000137810000071	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－A-26	SR/DCVS－A	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1383	C11021517210000137810000072	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-26	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1384	C11021517210000137810000073	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－A-30	SR/DCVS－A	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1385	C11021517210000137810000074	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-26	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1386	C11021517210000137810000075	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-16	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1387	C11021517210000137810000076	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－B-12	SR/DCVS－B	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1388	C11021517210000137810000077	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-18	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1389	C11021517210000137810000078	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－B-18	SR/DCVS－B	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1390	C11021517210000137810000079	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-36	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1391	C11021517210000137810000080	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-12	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1392	C11021517210000137810000081	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-14	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1393	C11021517210000137810000082	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-12	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1394	C11021517210000137810000083	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－A-14	SR/DCVS－A	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1395	C11021517210000137810000084	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-32	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1396	C11021517210000137810000085	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－A-22	SR/DCVS－A	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷	通过			第11批

1397	C11021517210000137810000086	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－D-16	SR/DCVS－D	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1398	C11021517210000137810000088	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－B-26	SR/DCVS－B	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1399	C11021517210000137810000089	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-20	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

1400	C11021517210000137810000090	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器	SR/DCVS－C-22	SR/DCVS－C	苏械注准20242021211	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用透明钉仓包皮切割吻合器由抵钉座支架（支架杆、抵钉座、龟头罩），吻切组件（钉仓、钉仓保护盖、 切割刀、 透明钉仓套、缝合钉、推钉片、硅胶圈 ），击发手柄（弹簧、保险块、移动器、活动手把、 主体、调节螺母、 活动连片、 固定销 ）组成。 产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批
1401	C07020113701001217510000002	牙种植体	直径3.7mm*长度8.4mm	BSM-ZTG3708	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批

1402	C07020113701001217510000006	牙种植体	直径4.3mm*长度10.4mm	BSM-ZTG4310Ⅱ	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1403	C07020113701001217510000012	牙种植体	直径4.3mm*长度14.4mm	BSM-ZTG4314Ⅱ	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1404	C07020113701001217510000014	牙种植体	直径6.0mm*长度10.4mm	BSM-ZTG6010	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1405	C07020113701001217510000017	牙种植体	直径4.8mm*长度14.4mm	BSM-ZTG4814	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批

1406	C07020113701001217510000019	牙种植体	直径5.5mm*长度12.4mm	BSM-ZTG5512Ⅱ	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1407	C07020113701001217510000022	牙种植体	直径3.7mm*长度12.4mm	BSM-ZTG3712	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1408	C07020113701001217510000023	牙种植体	直径4.3mm*长度10.4mm	BSM-ZTG4310	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1409	C07020113701001217510000024	牙种植体	直径4.8mm*长度10.4mm	BSM-ZTG4810	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批

1410	C07020113701001217510000025	牙种植体	直径6.0mm*长度12.4mm	BSM-ZTG6012	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1411	C07020113701001217510000026	牙种植体	直径3.7mm*长度10.4mm	BSM-ZTG3710	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1412	C07020113701001217510000027	牙种植体	直径4.8mm*长度12.4mm	BSM-ZTG4812	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1413	C07020113701001217510000028	牙种植体	直径3.7mm*长度8.4mm	BSM-ZTG3708 II	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批

1414	C07020113701001217510000029	牙种植体	直径6.0mm*长度8.4mm	BSM-ZTG6008 II	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1415	C07020113701001217510000030	牙种植体	直径3.7mm*长度14.4mm	BSM-ZTG3714 II	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1416	C07020113701001217510000032	牙种植体	直径4.1mm*长度8.4mm	BSM-ZTG4108	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1417	C07020113701001217510000033	牙种植体	直径4.8mm*长度14.4mm	BSM-ZTG4814 II	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批

1418	C07020113701001217510000034	牙种植体	直径4.3mm*长度12.4mm	BSM-ZTG4312	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1419	C07020113701001217510000035	牙种植体	直径5.5mm*长度8.4mm	BSM-ZTG5508	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1420	C07020113701001217510000036	牙种植体	直径4.3mm*长度8.4mm	BSM-ZTG4308	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1421	C07020113701001217510000037	牙种植体	直径6.0mm*长度8.4mm	BSM-ZTG6008	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批

1422	C07020113701001217510000038	牙种植体	直径4.8mm*长度8.4mm	BSM-ZTG4808	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1423	C07020113701001217510000039	牙种植体	直径4.8mm*长度12.4mm	BSM-ZTG4812 II	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1424	C07020113701001217510000040	牙种植体	直径4.1mm*长度12.4mm	BSM-ZTG4112 II	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1425	C07020113701001217510000042	牙种植体	直径4.8mm*长度10.4mm	BSM-ZTG4810 II	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批

1426	C07020113701001217510000043	牙种植体	直径4.1mm*长度10.4mm	BSM-ZTG4110Ⅱ	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1427	C07020113701001217510000044	牙种植体	直径3.7mm*长度14.4mm	BSM-ZTG3714	国械注准20243170625	丙类	137-种植体类	是-重庆	未中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	牙种植体	通过外科手术植入到人体缺失牙部位的牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定和支撑，以恢复牙列缺失、牙列缺损患者的咀嚼	本产品由符合GB/T 13810的TA4G纯钛材料制造，表面经喷砂酸蚀处理。采用辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第11批
1428	C17010821602000070710000006	医用壳聚糖敷料	26ml/瓶	A型	川械注准20172140211	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	适用于非慢性中小面积Ⅱ度烧烫伤、皮肤及粘膜创伤患者，通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，对创面愈合起辅助治疗作用并减低创面继发感染	由壳聚糖盐酸盐、甘油、纯化水及喷膜器组成；喷膜器由容器、阀门系统、帽盖及导管组成；产品经60Co辐照灭菌后无菌。	通过			第11批

1429	C17010821602000070710000025	医用壳聚糖敷料	36ml/瓶	喷剂	川械注准20172140211	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	适用于非慢性中小面积Ⅱ度烧烫伤、皮肤及粘膜创伤患者，通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，对创面愈合起辅助治疗作用并减低创面继发感染	由壳聚糖盐酸盐、甘油、纯化水及喷膜器组成；喷膜器由容器、阀门系统、帽盖及导管组成；产品经60Co辐照灭菌后无菌。	通过			第11批
1430	C02065400215000234410000312	外周乳突球囊扩张导管	NTPTA120060130035	NTPTA120060130035	国械注准20243031798	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术（PTA），并适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管的狭窄。	该产品由尖端、球囊、显影环、管体、导管座组成，涂覆亲水涂层，球囊由尼龙12以及Pebax材料制成。球囊表面分布有四个乳突条，乳突点数量根据球囊长度决定（球囊在20mm～80mm的长度规格中每条乳突条有4个乳突点；球囊在100mm～220mm的长度规格中每条乳突条有6个乳突点）。产品经	通过			第11批

1431	C14050100500000031800000026	一次性射频等离子体手术电极	MC214	MC214	川械注准20152010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与射频等离子手术主机配合使用，用于人体组织的消融、切割、凝固止血。	注册证编号：川械注准20152010027 附件1 一次性射频等离子体手术电极结构及组成:手术电极MC208由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成:MC209、MC203、MC206、MC207、MC210、MC212、MC213、MC214、MC215、MC230、MC231、MC233、MC234、MC235、MC236、MC237、	通过			第11批

1432	C14160900400000057950000003	直肠测压导管	NDZ-012F0	NDZ-012F0	川械注准20172140065	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该系列导管通过管路与尿动力学分析仪相连，进行直肠压力(腹压)测量。	产品由压力传递管、球囊、分支器、连接管、测压管、接头组成。产品出厂前经环氧乙烷灭菌,应无菌。	通过			第11批
1433	C14020200000000034970000268	带加热线呼吸管路	AH0045（6746-C03）	DHN100	闽械注准20152080198	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	与麻醉机、呼吸机、潮化器或雾化器配套使用，作为病人呼吸的通气管路。	由基本配件(蛇形管、Y型接头、接头组)和选配件(加热加湿罐、加热盘、集药罐、集水瓶、压力量测管)组成，产品为非无菌	通过			第11批

1434	C03311010100000035640000002	椎体成形术辅助器械	/	Ⅰ型	苏械注准20192040510		101-椎体成形工具类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	穿刺注射针	用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。	椎体成形术辅助器械由穿刺针、引导丝、引导针、扩张器、椎体钻、穿刺扩张器、活检取出器、活检取出钳、撑开器、压力泵、骨水泥填充器、囊袋骨结构及组成水泥推杆十二个部分组成；各组成部件的规格、型号及组配配置见附件；产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	不通过	结构及组成与除外耗材名称不一致，该耗材是一个辅助器械，不是单独的组件。		第11批

1435	C03311010100000035640000003	椎体成形术辅助器械	/	Ⅲ型	苏械注准20192040510		101-椎体成形工具类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	穿刺注射针	用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中，建立工作通道，填充骨水泥，恢复椎体解剖结构。	椎体成形术辅助器械由穿刺针、引导丝、引导针、扩张器、椎体钻、穿刺扩张器、活检取出器、活检取出钳、撑开器、压力泵、骨水泥填充器、囊袋骨水泥推杆十二个部分组成；各组成部件的规格、型号及组配配置见附件；产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，	不通过	结构及组成与除外耗材名称不一致，该耗材是一个辅助器械，不是单独的组件。		第11批
1436	C12050111802005102900000098	疝修补补片	大号中量型疝修补补片，左侧	0116311	国械注进20253130034	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于外科开放手术或腹腔镜手术中腹股沟疝的修补。	该产品采用单丝聚丙烯编织而成，采用大网孔设计，具有三维和预成型的半刚性边缘，有蓝色垂直和水平的聚丙烯单丝，蓝色指向标记（M）和箭头。方向标记有助于确定疝修补补片的位置和方向。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

1437	C03130908603007004190000634	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×190mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1438	C03130908603007004190000635	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×170mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1439	C03130908603007004190000636	髓内针	(圆形弹性针)φ2.0×200mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1440	C03130908603007004190000637	髓内针	(圆形弹性针)φ3.0×250mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1441	C03130908603007004190000638	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×150mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批

1442	C03130908603007004190000639	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×200mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1443	C03130908603007004190000640	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×160mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1444	C03130908603007004190000641	髓内针	(圆形弹性针)φ2.5×200mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1445	C03130908603007004190000642	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×180mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1446	C03130908603007004190000643	髓内针	(圆形弹性针)φ3.0×200mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批

1447	C03130908603007004190000644	髓内针	(圆形弹性针)φ2.5×150mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1448	C03130908603007004190000645	髓内针	(圆形弹性针)φ2.5×250mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1449	C03130908603007004190000646	髓内针	(圆形弹性针)φ2.0×150mm 无菌包装	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1450	C03130908603008004190000634	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×190mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1451	C03130908603008004190000635	髓内针	(圆形弹性针)φ2.5×200mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批

1452	C03130908603008004190000636	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×150mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1453	C03130908603008004190000637	髓内针	(圆形弹性针)φ3.0×250mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1454	C03130908603008004190000638	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×200mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1455	C03130908603008004190000639	髓内针	(圆形弹性针)φ2.5×250mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1456	C03130908603008004190000640	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×160mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批

1457	C03130908603008004190000641	髓内针	(圆形弹性针)φ3.0×200mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1458	C03130908603008004190000643	髓内针	(圆形弹性针)φ2.0×150mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1459	C03130908603008004190000644	髓内针	(圆形弹性针)φ1.5×180mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1460	C03130908603008004190000645	髓内针	(圆形弹性针)φ2.0×200mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批
1461	C03130908603008004190000646	髓内针	(圆形弹性针)φ2.5×150mm	ZYT	国械注准20153131392	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810规定的TC20钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌和灭菌	通过			第11批

1462	C04010411803002004190001889	颅骨修补重建系统	长度54mm宽度54mm灭菌包装	YYY	国械注准20223130332	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于脑颅骨缺损部位的修补，网板与连接板须配合使用。	产品包括连接板、网板及螺钉。连接板、网板采用符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，牌号为PEEK-OPTMA？，等级为：LT1。螺钉采用符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金和非灭菌包装。灭菌包装采用γ射线灭菌，灭菌有效期为5年。	通过			第11批

1463	C04010411803002004190001905	颅骨修补重建系统	长度54mm宽度54mm灭菌包装	FYY	国械注准20223130332	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于脑颅骨缺损部位的修补，网板与连接板须配合使用。	产品包括连接板、网板及螺钉。连接板、网板采用符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，牌号为PEEK-OPTMA？，等级为：LT1。螺钉采用符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金和非灭菌包装。灭菌包装采用γ射线灭菌，灭菌有效期为5年。	通过			第11批

1464	C04010411803002004190001934	颅骨修补重建系统	长度50mm宽度54mm灭菌包装	FYY	国械注准20223130332	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于脑颅骨缺损部位的修补，网板与连接板须配合使用。	产品包括连接板、网板及螺钉。连接板、网板采用符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，牌号为PEEK-OPTMA？，等级为：LT1。螺钉采用符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金和非灭菌包装。灭菌包装采用γ射线灭菌，灭菌有效期为5年。	通过			第11批

1465	C04010411803002004190001947	颅骨修补重建系统	长度50mm宽度50mm灭菌包装	YYY	国械注准20223130332	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于脑颅骨缺损部位的修补，网板与连接板须配合使用。	产品包括连接板、网板及螺钉。连接板、网板采用符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，牌号为PEEK-OPTMA？，等级为：LT1。螺钉采用符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金和非灭菌包装。灭菌包装采用γ射线灭菌，灭菌有效期为5年。	通过			第11批

1466	C04010411803002004190001958	颅骨修补重建系统	长度62mm宽度50mm灭菌包装	YYY	国械注准20223130332	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于脑颅骨缺损部位的修补，网板与连接板须配合使用。	产品包括连接板、网板及螺钉。连接板、网板采用符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，牌号为PEEK-OPTMA？，等级为：LT1。螺钉采用符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金和非灭菌包装。灭菌包装采用γ射线灭菌，灭菌有效期为5年。	通过			第11批

1467	C04010411803002004190001963	颅骨修补重建系统	长度50mm宽度54mm灭菌包装	YYY	国械注准20223130332	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于脑颅骨缺损部位的修补，网板与连接板须配合使用。	产品包括连接板、网板及螺钉。连接板、网板采用符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK）材料制成，牌号为PEEK-OPTMA？，等级为：LT1。螺钉采用符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金和非灭菌包装。灭菌包装采用γ射线灭菌，灭菌有效期为5年。	通过			第11批
1468	C04010411803002004190001977	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度26.6mm 厚度0.8mm灭菌包装	OLⅠ 02	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批

1469	C04010411803002004190001995	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度24mm 厚度1.0mm 灭菌包装	SLⅠ 02	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1470	C04010411803002004190002004	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度18mm 厚度1.0mm 灭菌包装	SLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1471	C04010411803002004190002008	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度30.6mm 厚度1.0mm 灭菌包装	OLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批

1472	C04010411803002004190002013	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度26.6mm 厚度0.8mm 非灭菌包装	0LⅠ 02	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1473	C04010411803002004190002014	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度24mm 厚度1.0mm 非灭菌包装	SLⅠ 02	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1474	C04010411803002004190002024	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度30.6mm 厚度0.8mm 非灭菌包装	0LⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批

1475	C04010411803002004190002025	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度16mm 厚度0.8mm 灭菌包装	SLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1476	C04010411803002004190002034	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度18mm 厚度0.8mm 灭菌包装	SLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1477	C04010411803002004190002041	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度30.6mm 厚度1.0mm 非灭菌包装	OLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批

1478	C04010411803002004190002055	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度18mm 厚度1.0mm 非灭菌包装	SLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1479	C04010411803002004190002066	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度18mm 厚度0.8mm 非灭菌包装	SLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1480	C04010411803002004190002067	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度30.6mm 厚度0.8mm 非灭菌包装	OLⅠ 02	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批

1481	C04010411803002004190002070	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度30.6mm 厚度0.8mm 灭菌包装	OLⅠ 02	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1482	C04010411803002004190002076	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度24mm 厚度0.8mm 非灭菌包装	SLⅠ 02	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1483	C04010411803002004190002101	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度26.6mm 厚度0.8mm 非灭菌包装	OLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批

1484	C04010411803002004190002120	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度26.6mm 厚度0.8mm 灭菌包装	OLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1485	C04010411803002004190002121	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度16mm 厚度0.8mm 非灭菌包装	SLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1486	C04010411803002004190002125	聚醚醚酮颅骨接骨板	(O形连接板)长度30.6mm 厚度0.8mm 灭菌包装	OLⅠ 01	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批

1487	C04010411803002004190002138	聚醚醚酮颅骨接骨板	(直形连接板)长度24mm 厚度0.8mm 灭菌包装	SLⅠ 02	国械注准20253130574	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	本产品由连接板组成，采用符合YY/T 0660标准规定的聚醚醚酮（LISCIEX ZR7G）材料制成。产品以非无菌或辐照灭菌形式提供；辐照灭菌产品，灭菌有效期3年。	通过			第11批
1488	C08080124100001015250000010	一次性使用眼科穿刺系统	G-46311	G-46311	国械注进20202160406	丙类	241-眼科手术工具类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	一次性使用眼科穿刺系统供玻璃体切割术等眼科手术中，在巩膜平坦部建立器械通道用。	产品由穿刺刀、穿刺套管、手柄、保护帽、自闭阀及灌注管头端组成。灌注管头端由灌注管头部、灌注管管体、鲁尔接头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期五年。	通过			第11批

1489	C08080124100001015250000011	一次性使用眼科穿刺系统	G-46511	G-46511	国械注进20202160406	丙类	241-眼科手术工具类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	一次性使用眼科穿刺系统供玻璃体切割术等眼科手术中，在巩膜平坦部建立器械通道用。	产品由穿刺刀、穿刺套管、手柄、保护帽、自闭阀及灌注管头端组成。灌注管头端由灌注管头部、灌注管管体、鲁尔接头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期五年。	通过			第11批

1490	C08070400500001015250000023	玻璃体切割头套包	无	G-60702	国械注进20253160240	甲类	005-手术刀头类	否			是	330407002	玻璃体切除术		玻璃体切割头、膨胀气体、硅油、重水	玻璃体切割头	该产品用于眼前节和眼后节手术，可进行玻璃体和组织切割。	该产品为套包类产品，由一次性高速气动玻切头、一次性文丘里泵和蠕动泵集液盒套装(含HPS灌注/抽吸管道、灌注系统和集液袋）、一次性空气注入管、一次性使用眼科穿刺系统组成。玻切头为辐照灭菌，其他部件EO灭菌。组件各自进行灭菌后，进行非无菌打包。产品	通过			第11批

1491	C08070400500001015250000024	玻璃体切割头套包	无	G-60703	国械注进20253160240	甲类	005-手术刀头类	否			是	330407002	玻璃体切除术		玻璃体切割头、膨胀气体、硅油、重水	玻璃体切割头	该产品用于眼前节和眼后节手术，可进行玻璃体和组织切割。	该产品为套包类产品，由一次性高速气动玻切头、一次性文丘里泵和蠕动泵集液盒套装(含HPS灌注/抽吸管道、灌注系统和集液袋）、一次性空气注入管、一次性使用眼科穿刺系统组成。玻切头为辐照灭菌，其他部件EO灭菌。组件各自进行灭菌后，进行非无菌打包。产品	通过			第11批

1492	C08070400500002015250000002	玻璃体切割头套包	无	G-60704	国械注进20253160240	甲类	005-手术刀头类	否			是	330407002	玻璃体切除术		玻璃体切割头、膨胀气体、硅油、重水	玻璃体切割头	该产品用于眼前节和眼后节手术，可进行玻璃体和组织切割。	该产品为套包类产品，由一次性高速气动玻切头、一次性文丘里泵和蠕动泵集液盒套装(含HPS灌注/抽吸管道、灌注系统和集液袋）、一次性空气注入管、一次性使用眼科穿刺系统组成。玻切头为辐照灭菌，其他部件EO灭菌。组件各自进行灭菌后，进行非无菌打包。产品	通过				第11批

1493	C08070400500002015250000003	玻璃体切割头套包	无	G-60705	国械注进20253160240	甲类	005-手术刀头类	否			是	330407002	玻璃体切除术		玻璃体切割头、膨胀气体、硅油、重水	玻璃体切割头	该产品用于眼前节和眼后节手术，可进行玻璃体和组织切割。	该产品为套包类产品，由一次性高速气动玻切头、一次性文丘里泵和蠕动泵集液盒套装(含HPS灌注/抽吸管道、灌注系统和集液袋）、一次性空气注入管、一次性使用眼科穿刺系统组成。玻切头为辐照灭菌，其他部件EO灭菌。组件各自进行灭菌后，进行非无菌打包。产品	通过			第11批
1494	C07020113701001062830000279	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.6S - 13mmOsseoSpeed	26314	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1495	C07020113701001062830000280	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2C - 13mmOsseoSpeed	26334	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1496	C07020113701001062830000281	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.0S - 11mmOsseoSpeed	26303	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1497	C07020113701001062830000282	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 5.4S - 11 mmOsseoSpeed	26363	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1498	C07020113701001062830000283	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 5.4S - 9 mmOsseoSpeed	26362	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1499	C07020113701001062830000284	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.0S - 15 mmOsseoSpeed	26305	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1500	C07020113701001062830000285	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.6S - 17 mmOsseoSpeed	26316	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1501	C07020113701001062830000286	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 4.8C - 15 mmOsseoSpeed	26355	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1502	C07020113701001062830000287	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 4.8S - 17 mmOsseoSpeed	26346	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1503	C07020113701001062830000288	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2C - 15mmOsseoSpeed	26335	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1504	C07020113701001062830000289	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.6S - 9mmOsseoSpeed	26312	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1505	C07020113701001062830000290	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2S - 17mmOsseoSpeed	26326	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1506	C07020113701001062830000291	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体5.4S - 8mmOsseoSpeed	26361	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1507	C07020113701001062830000292	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 4.8S - 13 mmOsseoSpeed	26344	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1508	C07020113701001062830000293	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 4.2S - 6 mmOsseoSpeed	26320	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1509	C07020113701001062830000294	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.8C - 11mmOsseoSpeed	26353	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1510	C07020113701001062830000295	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.6S - 15mmOsseoSpeed	26315	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1511	C07020113701001062830000296	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2S - 13mmOsseoSpeed	26324	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1512	C07020113701001062830000297	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.8C - 17mmOsseoSpeed	26356	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1513	C07020113701001062830000298	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2C - 17mmOsseoSpeed	26336	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1514	C07020113701001062830000299	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2S - 8mmOsseoSpeed	26321	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1515	C07020113701001062830000300	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.8S - 6mmOsseoSpeed	26340	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1516	C07020113701001062830000301	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2S - 15mmOsseoSpeed	26325	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1517	C07020113701001062830000302	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体 4.8C - 9mmOsseoSpeed	26352	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1518	C07020113701001062830000303	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体 4.2C - 11mmOsseoSpeed	26333	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1519	C07020113701001062830000304	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 5.4S - 13 mmOsseoSpeed	26364	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1520	C07020113701001062830000305	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 4.2C - 8 mmOsseoSpeed	26331	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1521	C07020113701001062830000306	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.8C - 8mmOsseoSpeed	26351	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1522	C07020113701001062830000307	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.6S - 8mmOsseoSpeed	26311	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1523	C07020113701001062830000308	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2C - 9mmOsseoSpeed	26332	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1524	C07020113701001062830000309	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.0S - 13mmOsseoSpeed	26304	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1525	C07020113701001062830000310	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体3.6S - 11 mmOsseoSpeed	26313	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1526	C07020113701001062830000311	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.8S - 15 mmOsseoSpeed	26345	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1527	C07020113701001062830000312	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.8C - 13mmOsseoSpeed	26354	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1528	C07020113701001062830000313	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体5.4S - 6mmOsseoSpeed	26360	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1529	C07020113701001062830000314	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.8S - 8mmOsseoSpeed	26341	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1530	C07020113701001062830000315	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体5.4S - 15mmOsseoSpeed	26365	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1531	C07020113701001062830000316	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.2S - 9mmOsseoSpeed	26322	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1532	C07020113701001062830000317	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV种植体4.8S - 11mmOsseoSpeed	26343	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1533	C07020113701001062830000318	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 4.2S - 11 mmOsseoSpeed	26323	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批
1534	C07020113701001062830000319	牙科种植体系统-种植体	Astra Tech EV 种植体 4.8S - 9 mmOsseoSpeed	26342	国械注进20163171324	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	该产品主要用于植入上颌和下颌内单颗或多颗缺失牙齿的颌骨组织内，起到义齿支持和固位作用，并用以恢复或重建牙列缺损或缺失部分的形态和功能，适用于拔牙窝内的即刻种植、部分或完全愈合的	本产品包含种植体、愈合基台和覆盖螺钉，均使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，种植体表面经喷砂酸蚀处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年。	通过			第11批

1535	C07020113701001062830000345	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?3.0 x 8mm OsseoSpeed	68011085	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1536	C07020113701001062830000346	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.8 x 13mm OsseoSpeed	68011107	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1537	C07020113701001062830000347	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?5.4 x 6.5mm OsseoSpeed	68011110	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1538	C07020113701001062830000348	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.2 x 11mm OsseoSpeed	68011099	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1539	C07020113701001062830000349	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.2 x 9mm OsseoSpeed	68011098	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1540	C07020113701001062830000350	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?5.4 x 15mm OsseoSpeed	68011115	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1541	C07020113701001062830000351	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.2 x 13mm OsseoSpeed	68011100	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1542	C07020113701001062830000352	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?5.4 x 11mm OsseoSpeed	68011113	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1543	C07020113701001062830000353	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 4.8 x 11mm OsseoSpeed	68011106	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1544	C07020113701001062830000354	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 4.2 x 8mm OsseoSpeed	68011097	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1545	C07020113701001062830000355	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.8 x 8mm OsseoSpeed	68011104	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1546	C07020113701001062830000356	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?3.6 x 15mm OsseoSpeed	68011094	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1547	C07020113701001062830000357	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 4.2 x 17mm OsseoSpeed	68011102	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1548	C07020113701001062830000358	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 4.8 x 17mm OsseoSpeed	68011109	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1549	C07020113701001062830000359	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?3.6 x 8mm OsseoSpeed	68011090	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1550	C07020113701001062830000360	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.8 x 15mm OsseoSpeed	68011108	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1551	C07020113701001062830000361	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.8 x 9mm OsseoSpeed	68011105	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1552	C07020113701001062830000362	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.2 x 15mm OsseoSpeed	68011101	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1553	C07020113701001062830000363	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?3.0 x 9mm OsseoSpeed	68011086	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1554	C07020113701001062830000364	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?3.0 x 15mm OsseoSpeed	68011089	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1555	C07020113701001062830000365	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 3.6 x 11mm OsseoSpeed	68011092	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1556	C07020113701001062830000366	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 3.6 x 13mm OsseoSpeed	68011093	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1557	C07020113701001062830000367	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 3.0 x 11mm OsseoSpeed	68011087	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1558	C07020113701001062830000368	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 5.4 x 8mm OsseoSpeed	68011111	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1559	C07020113701001062830000369	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 5.4 x 13mm OsseoSpeed	68011114	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1560	C07020113701001062830000370	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ? 3.6 x 9mm OsseoSpeed	68011091	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1561	C07020113701001062830000371	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?5.4 x 9mm OsseoSpeed	68011112	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1562	C07020113701001062830000372	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?4.8 x 6.5mm OsseoSpeed	68011103	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1563	C07020113701001062830000373	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ？4.2 x 6.5mm OsseoSpeed	68011096	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批
1564	C07020113701001062830000374	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ？3.6 x 17mm OsseoSpeed	68011095	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。有效期5年	通过			第11批

1565	C07020113701001062830000375	牙科种植体系统-种植体	PrimeTaper EV ?3.0 x 13mm OsseoSpeed	68011088	国械注进20243170373	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体和覆盖螺钉，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉表面经阳极氧化处理。产品均为经电子束灭菌的无菌产品。	通过			第11批
1566	C07020113701001062830000320	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体?3.8 x 13mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)M,覆盖螺钉(M)	68011151	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1567	C07020113701001062830000321	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？5.5 x 8mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)XL,覆盖螺钉(XL)	68011160	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1568	C07020113701001062830000322	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.8 x 18mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)M,覆盖螺钉(M)	68011153	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1569	C07020113701001062830000323	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.4 x 15mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)S,覆盖螺钉(S)	68011146	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1570	C07020113701001062830000324	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.0 x 13mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)XS,覆盖螺钉(XS)	68011141	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1571	C07020113701001062830000325	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.0 x 15mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)XS,覆盖螺钉(XS)	68011142	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1572	C07020113701001062830000326	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.4 x 11mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)S,覆盖螺钉(S)	68011144	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1573	C07020113701001062830000327	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？4.5 x 11mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)L,覆盖螺钉(L)	68011156	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1574	C07020113701001062830000328	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.4 x 18mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)S,覆盖螺钉(S)	68011147	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1575	C07020113701001062830000329	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？4.5 x 15mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)L,覆盖螺钉(L)	68011158	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1576	C07020113701001062830000330	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？4.5 x 8mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)L,覆盖螺钉(L)	68011154	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1577	C07020113701001062830000331	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.8 x 11mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)M,覆盖螺钉(M)	68011150	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1578	C07020113701001062830000332	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？5.5 x 15mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)XL,覆盖螺钉(XL)	68011164	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1579	C07020113701001062830000333	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？5.5 x 13mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)XL,覆盖螺钉(XL)	68011163	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1580	C07020113701001062830000334	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.4 x 9.5mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)S,覆盖螺钉(S)	68011143	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1581	C07020113701001062830000335	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？5.5 x 9.5mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)XL,覆盖螺钉(XL)	68011161	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1582	C07020113701001062830000336	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.8 x 9.5mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)M,覆盖螺钉(M)	68011149	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1583	C07020113701001062830000337	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.4 x 13mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)S,覆盖螺钉(S)	68011145	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1584	C07020113701001062830000338	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？5.5 x 11mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)XL,覆盖螺钉(XL)	68011162	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1585	C07020113701001062830000339	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？4.5 x 9.5mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)L,覆盖螺钉(L)	68011155	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1586	C07020113701001062830000340	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？4.5 x 18mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)L,覆盖螺钉(L)	68011159	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1587	C07020113701001062830000341	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.8 x 8mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)M,覆盖螺钉(M)	68011148	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1588	C07020113701001062830000342	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.8 x 15mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)M,覆盖螺钉(M)	68011152	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1589	C07020113701001062830000343	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？3.0 x 11mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)XS,覆盖螺钉(XS)	68011140	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1590	C07020113701001062830000344	牙科种植体系统-种植体	OmniTaper EV 种植体？4.5 x 13mm OsseoSpeed,TempBase EV 临时基台(含预安装的基台螺钉)L,覆盖螺钉(L)	68011157	国械注进20253170003	丙类	137-种植体类	否			是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。	本产品包含种植体、覆盖螺钉、临时基台、基台螺钉和临时基台帽，种植体使用符合GB/T 13810的4级纯钛材质，覆盖螺钉、临时基台和基台螺钉使用符合GB/T 13810的钛合金TC4 ELI材质，临时基台帽使用PP材质。种植体表面经喷砂酸蚀处理，覆盖螺钉、临时基台表面经阳极氧化处理。基	通过			第11批

1591	C01010200215022187170000003	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	8x55mm，带导丝	MSW-0855-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批
1592	C01010200215022187170000004	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	10x55mm，带导丝	MSW-1055-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批

1593	C01010200215022187170000005	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	18x30mm，带导丝	MSW-1830-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批
1594	C01010200215022187170000007	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	10x30mm，带导丝	MSW-1030-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批

1595	C01010200215022187170000008	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	6x30mm，带导丝	MSW-0630-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批
1596	C01010200215022187170000010	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	15x30mm，带导丝	MSW-1530-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批

1597	C01010200215022187170000014	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	12x30mm，带导丝	MSW-1230-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批
1598	C01010200215022187170000015	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	6x55mm，带导丝	MSW-0655-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批

1599	C01010200215022187170000020	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	15x55mm，带导丝	MSW-1555-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批
1600	C01010200215022187170000021	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	12x55mm，带导丝	MSW-1255-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批

1601	C01010200215022187170000022	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	18x55mm，带导丝	MSW-1855-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批
1602	C01010200215022187170000024	一次性使用呼吸道球囊扩张导管	8x30mm，带导丝	MSW-0830-09	粤械注准20222021463	甲类	002-球囊类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用	本产品主要由尖端管、球囊、内管、外管、应力释放管、导管座、显影环或导丝等组成，球囊、尖端管、内管和外管材质为Pebax，导管座材质为聚碳酸酯（PC），导丝为聚四氟乙烯包覆镍钛合金，本产品经环氧乙烷灭菌，为无菌状态提	通过			第11批

1603	C14060100500001118880000017	消融电极	DY-LP011510	DY-LP011510	鄂械注准20242015284	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于开放性外科手术中，与高频手术设备配合使用，对目标组织实施切割、凝血的作用。	单极消融电极由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成，其中刮吸功能的产品带有吸引管。双极消融电极一般由尖、片、柄座、水软管(非滴水的无此部件)、定位销、双极电源线组成。产品经环氧乙烷灭菌，无南提供，一次性使用。	通过			第11批

1604	C14060100500001118880000064	消融电极	DY-LP012115	DY-LP012115	鄂械注准20242015284	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于开放性外科手术中，与高频手术设备配合使用，对目标组织实施切割、凝血的作用。	单极消融电极由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成，其中刮吸功能的产品带有吸引管。双极消融电极一般由镊尖、镊片、镊柄座、滴水软管(非滴水的无此部件)、定位销、双极电源线组成。产品经环乙灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

1605	C14060100500001118880000072	消融电极	DY-LP041512	DY-LP041512	鄂械注准20242015284	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于开放性外科手术中，与高频手术设备配合使用，对目标组织实施切割、凝血的作用。	单极消融电极由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成，其中刮吸功能的产品带有吸引管。双极消融电极一般由镊尖、镊片、镊柄座、滴水软管(非滴水的无此部件)、定位销、双极电源线组成。产品经环乙灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

1606	C14060100500001118880000084	消融电极	DY-CG01063-D	DY-CG01063-D	鄂械注准20242015284	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于开放性外科手术中，与高频手术设备配合使用，对目标组织实施切割、凝血的作用。	单极消融电极由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成，其中刮吸功能的产品带有吸引管。双极消融电极一般由镊尖、镊片、镊柄座、滴水软管(非滴水的无此部件)、定位销、双极电源线组成。产品经环乙灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

1607	C1406010050000111888000087	消融电极	DY-LP0505	DY-LP0505	鄂械注准20242015284	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于开放性外科手术中，与高频手术设备配合使用，对目标组织实施切割、凝血的作用。	单极消融电极由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成，其中刮吸功能的产品带有吸引管。双极消融电极一般由镊尖、镊片、镊柄座、滴水软管(非滴水的无此部件)、定位销、双极电源线组成。产品经环乙灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

1608	C03300923900001131950000002	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）手柄175×40×104（长×宽×高）推杆：L145×4×7（长×宽×高）左穿刺针：外径1.4，内径0.8 右穿刺针：外径1.6，内径0.9 推结器：长216	ELAS-A-145	京械注准20182040343	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为三种型式，按照穿刺方式分为型式A、型式Smile和型式Smart。型式A由枪体、推结器组成，枪体由手柄、推杆、左穿刺针、右穿刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成，按照推杆长度进行分类；型式Smile由枪体、右穿刺针、推结器(其中ELAS-Smile-L1与ELAS-	通过			第11批

1609	C03300923900001113950000004	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）手柄175×36×104（长×宽×高）、左穿刺针：外径1.4，内径1.1，长L250 右穿刺针：外径1.4，内径1.1	ELAS-Smile-L2	京械注准20182040343	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为三种型式，按照穿刺方式分为型式A、型式Smile和型式Smart。型式A由枪体、推结器组成，枪体由手柄、推杆、左穿刺针、右穿刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成，按照推杆长度进行分类；型式Smile由枪体、右穿刺针、推结器(其中ELAS-Smile-L1与ELAS-	通过			第11批

1610	C03300923900001113950000005	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）手柄175×36×104（长×宽×高）、左穿刺针：外径1.4，内径1.1，长L175 右穿刺针：外径1.4，内径1.1推结器：长216	ELAS-Smile-S1	京械注准20182040343	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为三种型式，按照穿刺方式分为型式A、型式Smile和型式Smart。型式A由枪体、推结器组成，枪体由手柄、推杆、左穿刺针、右穿刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成，按照推杆长度进行分类；型式Smile由枪体、右穿刺针、推结器(其中ELAS-Smile-L1与ELAS-	通过			第11批

1611	C03300923900001113950000009	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）左穿刺针：左针，外径1.4，内径1.1，长L310 ，手柄106×58×19，右穿刺针：右针，外径1.4，内径1.1，长L310，手柄106×58×19	ELAS-Smart-L1	京械注准20182040343	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	型式Smart由左穿刺针、右穿刺针和推结器(其中ELAS-Smart-L1、ELAS-Smart-L2、ELAS-Smart-L3、ELAS-Smart-L4没有推结器)组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科缝线组成，按照左穿刺针长度进行分类。	通过			第11批

1612	C03300923900001113950000010	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）左穿刺针（2支）：左针，外径1.4，内径1.1，长L310 ，手柄106×58×19，右穿刺针：右针，外径1.4，内径1.1，长L310，手柄106×58×19	ELAS-Smart-L2	京械注准20182040343	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	型式Smart由左穿刺针、右穿刺针和推结器(其中ELAS-Smart-L1、ELAS-Smart-L2、ELAS-Smart-L3、ELAS-Smart-L4没有推结器)组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科缝线组成，按照左穿刺针长度进行分类。	通过			第11批

1613	C03300923900001113950000011	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）左穿刺针：左针，外径1.4，内径1.1，长L310 ，手柄106×58×19，右穿刺针（2支）：右针，外径1.4，内径1.1，长L310，手柄106×58×19	ELAS-Smart-L3	京械注准20182040343	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	型式Smart由左穿刺针、右穿刺针和推结器(其中ELAS-Smart-L1、ELAS-Smart-L2、ELAS-Smart-L3、ELAS-Smart-L4没有推结器)组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科缝线组成，按照左穿刺针长度进行分类。	通过			第11批

1614	C03300923900001113950000014	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）左穿刺针（2支）：左针，外径1.4，内径1.1，长L200 ，手柄106×58×19，右穿刺针：右针，外径1.4，内径1.1，长L200，手柄106×58×19推结器：长216	ELAS-Smart-S2	京械注准20182040343	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	型式Smart由左穿刺针、右穿刺针和推结器(其中ELAS-Smart-L1、ELAS-Smart-L2、ELAS-Smart-L3、ELAS-Smart-L4没有推结器)组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科缝线组成，按照左穿刺针长度进行分类。	通过			第11批

1615	C03300923900001113950000015	一次性使用纤维环缝合器	尺寸（mm）左穿刺针：左针，外径1.4，内径1.1，长L200 ，手柄106×58×19，右穿刺针（2支）：右针，外径1.4，内径1.1，长L200，手柄106×58×19推结器：长216	ELAS-Smart-S3	京械注准20182040343	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。	型式Smart由左穿刺针、右穿刺针和推结器(其中ELAS-Smart-L1、ELAS-Smart-L2、ELAS-Smart-L3、ELAS-Smart-L4没有推结器)组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科缝线组成，按照左穿刺针长度进行分类。	通过			第11批
1616	C08070113500000011030000002	眼科用重水	5ml	5ml	国械注进20183162188	丙类	135-填充材料类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	重水	该产品用于眼科玻璃体视网膜手术中进行眼内填充。	该产品为无色透明液体，由全氟萘烷组成（C10F18），含量≥95%，产品经过滤除菌，一次性使用，产品货架有效	通过			第11批

1617	C08050113500000011030000001	眼科手术用硅油	Arciolane 5500	Arciolane 5500	国械注进20183162497	丙类	135-填充材料类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	硅油	适用于传统视网膜复位手术，或玻璃体腔气体填塞术注定要失败或已经失败的病例。	眼科手术用硅油为无色、透明、粘稠液体，成分为聚二甲基硅氧烷。运动粘度：5000～5900mm2/s；挥发度≤0.50%；玻璃注射器包装，蒸汽灭菌，有效	通过			第11批
1618	C17011021608000069240000001	含硫酸银亲水性纤维敷料	6cm×6cm	6cm×6cm	国械注进20243140319	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	适用于局部有感染风险或有感染症状的慢性渗出性伤口（下肢洪疡、压力性溃疡）和急性渗出性伤口（非全层皮肤烧伤、创伤、木后伤口），使用时间不超过30天，用于体表。硫酸银的抗菌功能仅为辅助	含硫酸银亲水性纤维敷料为一次性使用无菌产品，由具有液体吸收性且有粘性的聚酯纤维（聚丙烯酸酯）的无纺布垫和含硫酸银的脂质水胶复合物构成。外覆硅化聚酯保护膜（使用时去除）。	通过			第11批

1619	C17011021608000069240000002	含硫酸银亲水性纤维敷料	15cm×15cm	15cm×15cm	国械注进20243140319	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	适用于局部有感染风险或有感染症状的慢性渗出性伤口（下肢洪疡、压力性溃疡）和急性渗出性伤口（非全层皮肤烧伤、创伤、木后伤口），使用时间不超过30天，用于体表。硫酸银的抗菌功能仅为辅助	含硫酸银亲水性纤维敷料为一次性使用无菌产品，由具有液体吸收性且有粘性的聚酯纤维〈聚丙烯酸酯〉的无纺布垫和含硫酸银的脂质水胶复合物构成。外覆硅化聚酯保护膜（使用时去除）。	通过				
1620	C17011021608000069240000003	含硫酸银亲水性纤维敷料	10cm×10cm	10cm×10cm	国械注进20243140319	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	适用于局部有感染风险或有感染症状的慢性渗出性伤口（下肢洪疡、压力性溃疡）和急性渗出性伤口（非全层皮肤烧伤、创伤、木后伤口），使用时间不超过30天，用于体表。硫酸银的抗菌功能仅为辅助	含硫酸银亲水性纤维敷料为一次性使用无菌产品，由具有液体吸收性且有粘性的聚酯纤维〈聚丙烯酸酯〉的无纺布垫和含硫酸银的脂质水胶复合物构成。外覆硅化聚酯保护膜（使用时去除）。	通过				

1621	C17011021608000069240000004	含硫酸银亲水性纤维敷料	15cm×20cm	15cm×20cm	国械注进20243140319	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	适用于局部有感染风险或有感染症状的慢性渗出性伤口（下肢洪疡、压力性溃疡）和急性渗出性伤口（非全层皮肤烧伤、创伤、术后伤口），使用时间不超过30天，用于体表。硫酸银的抗菌功能仅为辅助	含硫酸银亲水性纤维敷料为一次性使用无菌产品，由具有液体吸收性且有粘性的聚酯纤维（聚丙烯酸酯）的无纺布垫和含硫酸银的脂质水胶复合物构成。外覆硅化聚酯保护膜（使用时去除）。	通过			第11批
1622	C02070407200004094790000011	植入式给药装置及附件	I-5Fr×70cm FS	I-5Fr×70cm FS	国械注准20193140125	丙类	072-输液港类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、隧道针、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套件组成，超声血管导引穿刺套件由导针器(选配)，环氧乙烷灭菌，产品一次性使	通过			第11批

1623	C02070407200004094790000015	植入式给药装置及附件	I-6Fr×70cm FS	I-6Fr×70cm FS	国械注准20193140125	丙类	072-输液港类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、隧道针、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套件组成，超声血管导引穿刺套件由导针器(选配)，环氧乙烷灭菌，产品一次性使	通过			第11批
1624	C02070407200004094790000046	植入式给药装置及附件	I-4Fr×70cm FS	I-4Fr×70cm FS	国械注准20193140125	丙类	072-输液港类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、隧道针、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套件组成，超声血管导引穿刺套件由导针器(选配)，环氧乙烷灭菌，产品一次性使	通过			第11批

1625	C02070407200004094790000112	植入式给药装置及附件	I-6.6Fr×70cmFS	I-6.6Fr×70cmFS	国械注准20193140125	丙类	072-输液港类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于对多种恶性肿瘤的导向性化疗、肿瘤切除后预防性化疗和需长期局部给药的其他病变。	植入式给药装置及附件由给药装置、一次性使用无菌导管鞘、隧道针、冲管接头、植入式给药装置专用针、超声血管导引穿刺套件组成，超声血管导引穿刺套件由导针器(选配)，环氧乙烷灭菌，产品一次性使	通过			第11批
1626	C12040111801001026740000023	医用胶原膜	40×50mm	BME-10X	国械注准20173130514	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于五官科、整形外科、神经外科和肌腱断裂非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1627	C12040111801001026740000024	医用胶原膜	25×50mm	BME-10X	国械注准20173130514	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于五官科、整形外科、神经外科和肌腱断裂非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批

1628	C12040111801001026740000028	医用胶原膜	25×30mm	BME-10X	国械注准20173130514	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于五官科、整形外科、神经外科和肌腱断裂非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1629	C12040111801001026740000029	医用胶原膜	70×80mm	BME-10X	国械注准20173130514	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于五官科、整形外科、神经外科和肌腱断裂非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1630	C07020608101000026740000006	医用胶原修复膜	80×80mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	081-修复材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批

1631	C12040111801001026740000004	医用胶原修复膜	25×50mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1632	C12040111801001026740000006	医用胶原修复膜	15×20mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1633	C12040111801001026740000007	医用胶原修复膜	12×15mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批

1634	C12040111801001026740000008	医用胶原修复膜	25×30mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1635	C12040111801001026740000009	医用胶原修复膜	70×80mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1636	C12040111801001026740000011	医用胶原修复膜	15×15mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批

1637	C12040111801001026740000012	医用胶原修复膜	80×90mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1638	C12040111801001026740000019	医用胶原修复膜	60×80mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1639	C12040111801001026740000020	医用胶原修复膜	40×40mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批

1640	C12040111801001026740000034	医用胶原修复膜	20×25mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1641	C12040111801001026740000035	医用胶原修复膜	20×30mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批
1642	C12040111801001026740000036	医用胶原修复膜	40×60mm	BME-10X	国械注准20173170525	丙类	118-修补材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	该产品适用于口腔科、骨科非承力软硬组织的缺损修复再生。	该产品原料为源于牛腱的I型胶原蛋白，产品为经醛类交联加工制成的白色或类白色片状多孔性的薄膜，产品一次性使用，经伽马射线辐	通过			第11批

1643	C08010115103004222850000002	非球面人工晶状体	+22.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1644	C08010115103004222850000003	非球面人工晶状体	+13.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1645	C08010115103004222850000004	非球面人工晶状体	+23.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1646	C08010115103004222850000005	非球面人工晶状体	+7.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1647	C08010115103004222850000006	非球面人工晶状体	+25.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1648	C08010115103004222850000007	非球面人工晶状体	+13.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1649	C08010115103004222850000008	非球面人工晶状体	+9.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1650	C08010115103004222850000009	非球面人工晶状体	+21.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1651	C08010115103004222850000010	非球面人工晶状体	+14.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1652	C08010115103004222850000011	非球面人工晶状体	+15.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1653	C08010115103004222850000012	非球面人工晶状体	+12.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1654	C08010115103004222850000013	非球面人工晶状体	+26.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1655	C08010115103004222850000014	非球面人工晶状体	+32.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1656	C08010115103004222850000015	非球面人工晶状体	+24.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1657	C08010115103004222850000016	非球面人工晶状体	+16.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1658	C08010115103004222850000017	非球面人工晶状体	+5.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1659	C08010115103004222850000018	非球面人工晶状体	+18.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1660	C08010115103004222850000019	非球面人工晶状体	+7.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1661	C08010115103004222850000020	非球面人工晶状体	+30.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1662	C08010115103004222850000021	非球面人工晶状体	+26.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1663	C08010115103004222850000022	非球面人工晶状体	+20.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1664	C08010115103004222850000023	非球面人工晶状体	+34.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1665	C08010115103004222850000024	非球面人工晶状体	+21.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1666	C08010115103004222850000025	非球面人工晶状体	+11.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1667	C08010115103004222850000026	非球面人工晶状体	+16.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1668	C08010115103004222850000027	非球面人工晶状体	+31.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1669	C08010115103004222850000028	非球面人工晶状体	+9.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1670	C08010115103004222850000029	非球面人工晶状体	+33.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1671	C08010115103004222850000030	非球面人工晶状体	+28.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1672	C08010115103004222850000031	非球面人工晶状体	+10.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1673	C08010115103004222850000032	非球面人工晶状体	+35.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1674	C08010115103004222850000033	非球面人工晶状体	+30.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1675	C08010115103004222850000034	非球面人工晶状体	+22.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1676	C08010115103004222850000035	非球面人工晶状体	+34.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1677	C08010115103004222850000036	非球面人工晶状体	+32.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1678	C08010115103004222850000037	非球面人工晶状体	+11.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1679	C08010115103004222850000038	非球面人工晶状体	+29.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1680	C08010115103004222850000039	非球面人工晶状体	+12.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1681	C08010115103004222850000040	非球面人工晶状体	+10.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1682	C08010115103004222850000041	非球面人工晶状体	+8.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1683	C08010115103004222850000042	非球面人工晶状体	+24.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1684	C08010115103004222850000043	非球面人工晶状体	+19.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1685	C08010115103004222850000044	非球面人工晶状体	+17.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1686	C08010115103004222850000045	非球面人工晶状体	+5.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1687	C08010115103004222850000046	非球面人工晶状体	+25.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1688	C08010115103004222850000047	非球面人工晶状体	+20.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1689	C08010115103004222850000048	非球面人工晶状体	+27.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1690	C08010115103004222850000049	非球面人工晶状体	+15.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1691	C08010115103004222850000050	非球面人工晶状体	+6.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1692	C08010115103004222850000051	非球面人工晶状体	+29.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1693	C08010115103004222850000052	非球面人工晶状体	+14.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1694	C08010115103004222850000053	非球面人工晶状体	+8.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1695	C08010115103004222850000054	非球面人工晶状体	+23.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1696	C08010115103004222850000055	非球面人工晶状体	+18.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1697	C08010115103004222850000056	非球面人工晶状体	+6.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1698	C08010115103004222850000057	非球面人工晶状体	+31.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1699	C08010115103004222850000058	非球面人工晶状体	+33.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1700	C08010115103004222850000059	非球面人工晶状体	+27.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1701	C08010115103004222850000060	非球面人工晶状体	+19.0D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1702	C08010115103004222850000061	非球面人工晶状体	+28.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1703	C08010115103004222850000062	非球面人工晶状体	+17.5D	L-312	国械注准20243160955	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于对于无晶状体眼患者进行视力矫正的初次植入，以恢复白内障患者视力。	该产品为一件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为C形襻。主体部分和襻为同一材料，由2-甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸-2-乙氧基乙酯等共聚而成，添加紫外吸收剂；光学设计：单焦，非球面（在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布符合零球差分布特征）。该产品经高	通过			第11批

1704	C02072105400000041350000001	压力泵	GM-30NS	GM-30NS	国械注进20242030613	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		泵	适用于血管成形术中，对球囊导管的球囊进行扩张和收缩。	该产品由按手、控制杆、泵筒、压力表、连接管，接头组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。	通过			第11批

1705	C10080600400001065960000333	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 11.5Fr,外径：3.80，有效长度：25cm	复合装一体尖端（FH-2157）	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	本产品是供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	血液透析导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝（含导丝控制手柄）、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀，带线缝合针、粘贴伤口敷料、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1706	C10080600400001065960000458	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔14Fr,外径：4.70，有效长度:13cm	单根导管一体尖端(FH-24F4)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1707	C10080600400001065960000467	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：13cm	单根导管一体尖端(FH-22F4)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1708	C10080600400001065960000472	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔14Fr,外径：4.70，有效长度:16cm	单根导管一体尖端(FH-24F5)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1709	C10080600400001065960000473	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：18cm	单根导管软尖端(FR-22F918)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1710	C10080600400001065960000476	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 8.5Fr,外径：2.85，有效长度：13cm	单根导管软尖端(FR-29F4)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1711	C10080600400001065960000479	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：25cm	单根导管一体尖端(FH-22F7)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1712	C10080600400001065960000483	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	三腔12Fr，外径：4.00，有效长度：20cm	单根导管软尖端(FR-32F6)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1713	C10080600400001065960000486	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 8.5Fr,外径：2.85，有效长度：10cm	单根导管软尖端(FR-29F3)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1714	C1008060040000106596000049 8	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：25cm	单根导管软尖端(FR-22F7)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1715	C10080600400001065960000499	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：13cm	单根导管软尖端(FR-22F4)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1716	C10080600400001065960000501	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 11.5Fr,外径：3.80，有效长度：25cm	单根导管一体尖端(FH-21F7)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1717	C10080600400001065960000504	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 11.5Fr,外径：3.80，有效长度：20cm	单根导管一体尖端(FH-21F6)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1718	C10080600400001065960000511	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：20cm	单根导管一体尖端(FH-22F6)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1719	C10080600400001065960000517	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	三腔12Fr，外径：4.00，有效长度：13cm	单根导管一体尖端(FH-32F4)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1720	C10080600400001065960000525	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 6.5Fr,外径：2.20，有效长度：13cm	单根导管软尖端(FR-26F4)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1721	C10080600400001065960000526	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔14Fr,外径：4.70，有效长度:20cm	单根导管一体尖端(FH-24F6)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1722	C10080600400001065960000527	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 6.5Fr,外径：2.20，有效长度：5cm	单根导管软尖端(FR-26F1)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1723	C10080600400001065960000528	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 6.5Fr,外径：2.20，有效长度：8cm	单根导管软尖端(FR-26F2)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1724	C10080600400001065960000529	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	三腔12Fr，外径：4.00，有效长度：20cm	单根导管一体尖端(FH-32F6)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1725	C10080600400001065960000531	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：20cm	单根导管软尖端(FR-22F6)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1726	C10080600400001065960000532	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 11.5Fr,外径：3.80，有效长度：16cm	单根导管一体尖端(FH-21F5)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1727	C10080600400001065960000534	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：16cm	单根导管软尖端(FR-22F5)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1728	C10080600400001065960000535	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 8.5Fr,外径：2.85，有效长度：16cm	单根导管软尖端(FR-29F5)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1729	C10080600400001065960000538	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	三腔12Fr，外径：4.00，有效长度：16cm	单根导管一体尖端(FH-32F5)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1730	C10080600400001065960000539	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 11.5Fr,外径：3.80，有效长度：13cm	单根导管一体尖端(FH-21F4)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1731	C1008060040000106596000054	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：16cm	单根导管一体尖端(FH-22F5)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1732	C10080600400001065960000542	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔14Fr，外径：4.70，有效长度:15cm	单根导管一体尖端(FH-24F915)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1733	C10080600400001065960000544	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	三腔12Fr，外径：4.00，有效长度：13cm	单根导管软尖端(FR-32F4)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1734	C10080600400001065960000547	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	三腔12Fr，外径：4.00，有效长度：16cm	单根导管软尖端(FR-32F5)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1735	C10080600400001065960000548	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 6.5Fr,外径：2.20，有效长度：16cm	单根导管软尖端(FR-26F5)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1736	C1008060040000106596000055 2	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 8.5Fr,外径：2.85，有效长度：8cm	单根导管软尖端(FR-29F2)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1737	C10080600400001065960000562	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 11.5Fr,外径：3.80，有效长度：30cm	单根导管一体尖端(FH-21F8)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1738	C10080600400001065960000566	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔 11.5Fr,外径：3.80，有效长度：15cm	单根导管一体尖端(FH-21F915)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1739	C10080600400001065960000567	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔12Fr，外径：4.00，有效长度：18cm	单根导管一体尖端(FH-22F918)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1740	C10080600400001065960000568	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管	双腔11.5Fr,外径：3.80，有效长度：18cm	单根导管一体尖端(FH-21F918)	国械注准20153101563		004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。使用时间不得超过30天。	一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管分为标准装和复合装。产品组件包括：血液透析用中心静脉导管（配导管夹和滑扣）、穿刺针、导丝(含导丝控制手柄)、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
1741	C14230801000000065960000011	一次性无菌输液延长管	内径1.0，外径2.0普通延长管，长度1000mm	FS-T1205	国械注准20153142172	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品适用于输液管路的延长。临床使用时间不超过72小时	一次性无菌输液延长管分为普通延长管、压力延长管两种。本产品为线性管状结构，由管体、公（母）接头、护帽组成，底座的连接口为6：100鲁尔圆锥接头。	通过			第11批

1742	C14230801000000065960000014	一次性无菌输液延长管	内径1.0，外径2.0普通延长管，长度1200mm	FS-T1206	国械注准20153142172	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品适用于输液管路的延长。临床使用时间不超过72小时	一次性无菌输液延长管分为普通延长管、压力延长管两种。本产品为线性管状结构，由管体、公（母）接头、护帽组成，底座的连接口为6：100鲁尔圆锥接头。	通过			第11批
1743	C14230801000000065960000016	一次性无菌输液延长管	内径1.0，外径2.0普通延长管，长度1500mm	FS-T1207	国械注准20153142172	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品适用于输液管路的延长。临床使用时间不超过72小时	一次性无菌输液延长管分为普通延长管、压力延长管两种。本产品为线性管状结构，由管体、公（母）接头、护帽组成，底座的连接口为6：100鲁尔圆锥接头。	通过			第11批

1744	C14100218900000148190000541	一次性使用麻醉穿刺针	0.7×50/70/90/120/150/180mm	ANⅠPTRFT（神经阻滞穿刺针I型）	国械注准20223080453	丙类	189-麻醉套包类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针	本产品适用于对患者施行麻醉时穿刺或借助超声设备引导下穿刺、注射药物。硬膜外穿刺针用于人体硬脊膜外腔脊神经麻醉(简称硬膜外麻醉)；腰椎穿刺针用于人体蛛网膜下腔脊神经麻醉(简称腰麻)；联合麻醉套针用于人体硬脊膜外脊神经和蛛网膜下腔脊神经联合麻醉(简称腰硬联合麻醉)、神经阻	本产品由衬芯座、针座、针管、衬芯、针管护套、延长管、游标、隔离套组成。衬芯座、针管护套采用原材料为医用级聚丙烯(PP)；针座采用原材料为ABS或PC，游标采用原材料为ABS；针管采用原材料为奥氏体不锈钢(牌号:06Cr19Ni10)，针管前端分有无增强回声显影区；除16G硬膜外结穿刺	通过			第11批

1745	C02020500215005037800000047	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	？0.8 x 20mm	823-0820	国械注准20203030100	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品由尖端、球囊、管体、 导管加强件和导管座组成。导管近端管体由PTFE 覆盖的带有远端芯线的不锈钢管与内圆鲁尔接 头黏合组成。导管近端管体与远端管体间通过焊接平滑过渡。远端管体由外管、球囊（Pebax7033） 和内管激光焊接组成。球囊内有射线可探测性定位标记环。经	通过			第11批

1746	C02020500215005037800000048	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	？0.8 x 5mm	823-0805	国械注准20203030100	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品由尖端、球囊、管体、 导管加强件和导管座组成。导管近端管体由PTFE 覆盖的带有远端芯线的不锈钢管与内圆鲁尔接 头黏合组成。导管近端管体与远端管体间通过焊接平滑过渡。远端管体由外管、球囊（Pebax7033） 和内管激光焊接组成。球囊内有射线可探测性定位标记环。经	通过			第11批

1747	C02020500215005037800000049	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	？0.8 x 15mm	823-0815	国械注准20203030100	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品由尖端、球囊、管体、 导管加强件和导管座组成。导管近端管体由PTFE 覆盖的带有远端芯线的不锈钢管与内圆鲁尔接 头黏合组成。导管近端管体与远端管体间通过焊接平滑过渡。远端管体由外管、球囊（Pebax7033） 和内管激光焊接组成。球囊内有射线可探测性定位标记环。经	通过			第11批

1748	C02020500215005037800000050	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	？0.8 x 8mm	823-0808	国械注准20203030100	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品由尖端、球囊、管体、 导管加强件和导管座组成。导管近端管体由PTFE 覆盖的带有远端芯线的不锈钢管与内圆鲁尔接 头黏合组成。导管近端管体与远端管体间通过焊接平滑过渡。远端管体由外管、球囊（Pebax7033） 和内管激光焊接组成。球囊内有射线可探测性定位标记环。经	通过			第11批

1749	C02020500215005037800000051	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	？0.8 x 10mm	823-0810	国械注准20203030100	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品由尖端、球囊、管体、 导管加强件和导管座组成。导管近端管体由PTFE 覆盖的带有远端芯线的不锈钢管与内圆鲁尔接 头黏合组成。导管近端管体与远端管体间通过焊接平滑过渡。远端管体由外管、球囊（Pebax7033） 和内管激光焊接组成。球囊内有射线可探测性定位标记环。经	通过			第11批

1750	C02020500215005037800000052	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	？0.8 x 25mm	823-0825	国械注准20203030100	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品由尖端、球囊、管体、 导管加强件和导管座组成。导管近端管体由PTFE 覆盖的带有远端芯线的不锈钢管与内圆鲁尔接 头黏合组成。导管近端管体与远端管体间通过焊接平滑过渡。远端管体由外管、球囊（Pebax7033） 和内管激光焊接组成。球囊内有射线可探测性定位标记环。经	通过			第11批

1751	C02020500215005037800000053	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	？0.8 x 30mm	823-0830	国械注准20203030100	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品由尖端、球囊、管体、 导管加强件和导管座组成。导管近端管体由PTFE 覆盖的带有远端芯线的不锈钢管与内圆鲁尔接 头黏合组成。导管近端管体与远端管体间通过焊接平滑过渡。远端管体由外管、球囊（Pebax7033） 和内管激光焊接组成。球囊内有射线可探测性定位标记环。经	通过			第11批

1752	C02020500215005037800000054	半顺应性冠状动脉球囊扩张导管	？0.8 x 12mm	823-0812	国械注准20203030100	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品由尖端、球囊、管体、 导管加强件和导管座组成。导管近端管体由PTFE 覆盖的带有远端芯线的不锈钢管与内圆鲁尔接 头黏合组成。导管近端管体与远端管体间通过焊接平滑过渡。远端管体由外管、球囊（Pebax7033） 和内管激光焊接组成。球囊内有射线可探测性定位标记环。经	通过			第11批

1753	C14171503500000001790000042	一次性使用负压引流装置	KEL-FY-19F	KEL-FY-19F	粤械注准20172140902	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	供体表创伤或切口引流用。	本产品分为通用型、A型、B型及C型，其中：通用型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、导引针、引流袋组成。A型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、导引针组成。B 型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、引流袋组成。C型由引流管、吸引连接管、止水夹、	通过			第11批

1754	C14171503500000001790000050	一次性使用负压引流装置	KEL-FY-20F	KEL-FY-20F	粤械注准20172140902	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	供体表创伤或切口引流用。	本产品分为通用型、A型、B型及C型，其中：通用型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、导引针、引流袋组成。A型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、导引针组成。B 型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、引流袋组成。C型由引流管、吸引连接管、止水夹、	通过			第11批

1755	C14171503500000001790000066	一次性使用负压引流装置	KEL-FY-24F	KEL-FY-24F	粤械注准20172140902	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	供体表创伤或切口引流用。	本产品分为通用型、A型、B型及C型，其中：通用型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、导引针、引流袋组成。A型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、导引针组成。B 型由引流管、吸引连接管、止水夹、负压球、引流袋组成。C型由引流管、吸引连接管、止水夹、	通过			第11批

1756	C14171503500000086950000003	封闭式负压冲洗吸引装置	MJ-03B4	MJ-03B4	粤械注准20172140802	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。	封闭式负压冲洗吸引装置MJ-03A型MJ-03A型引流管由外套管、冲水接管、内置管、引流用侧孔、进气接管和延长管组成。封闭式负压冲洗吸引装置MJ一03B型MJ一03B型封闭式负压冲洗吸引装置由引流管(内置冲洗管)及引流材料组成。配件分别有医用粘胶贴膜、三通接头、二通接头。封闭式负压冲洗	通过			第11批

1757	C14171503500000086950000006	封闭式负压冲洗吸引装置	MJ-03A1	MJ-03A1	粤械注准20172140802	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。	封闭式负压冲洗吸引装置MJ-03A型MJ-03A型引流管由外套管、冲水接管、内置管、引流用侧孔、进气接管和延长管组成。封闭式负压冲洗吸引装置MJ一03B型MJ一03B型封闭式负压冲洗吸引装置由引流管(内置冲洗管)及引流材料组成。配件分别有医用粘胶贴膜、三通接头、二通接头。封闭式负压冲洗	通过			第11批

1758	C14171503500000086950000007	封闭式负压冲洗吸引装置	MJ-03C3	MJ-03C3	粤械注准20172140802	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。	封闭式负压冲洗吸引装置MJ-03A型MJ-03A型引流管由外套管、冲水接管、内置管、引流用侧孔、进气接管和延长管组成。封闭式负压冲洗吸引装置MJ一03B型MJ一03B型封闭式负压冲洗吸引装置由引流管(内置冲洗管)及引流材料组成。配件分别有医用粘胶贴膜、三通接头、二通接头。封闭式负压冲洗	通过			第11批

1759	C14171503500000086950000008	封闭式负压冲洗吸引装置	MJ-03C4	MJ-03C4	粤械注准20172140802	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。	封闭式负压冲洗吸引装置MJ-03A型MJ-03A型引流管由外套管、冲水接管、内置管、引流用侧孔、进气接管和延长管组成。封闭式负压冲洗吸引装置MJ一03B型MJ一03B型封闭式负压冲洗吸引装置由引流管(内置冲洗管)及引流材料组成。配件分别有医用粘胶贴膜、三通接头、二通接头。封闭式负压冲洗	通过			第11批

1760	C14171503500000086950000011	封闭式负压冲洗吸引装置	MJ-03D3	MJ-03D3	粤械注准20172140802	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。	封闭式负压冲洗吸引装置MJ-03A型MJ-03A型引流管由外套管、冲水接管、内置管、引流用侧孔、进气接管和延长管组成。封闭式负压冲洗吸引装置MJ一03B型MJ一03B型封闭式负压冲洗吸引装置由引流管(内置冲洗管)及引流材料组成。配件分别有医用粘胶贴膜、三通接头、二通接头。封闭式负压冲洗	通过			第11批

1761	C14171503500000086950000018	封闭式负压冲洗吸引装置	MJ-03B5	MJ-03B5	粤械注准20172140802	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。	封闭式负压冲洗吸引装置MJ-03A型MJ-03A型引流管由外套管、冲水接管、内置管、引流用侧孔、进气接管和延长管组成。封闭式负压冲洗吸引装置MJ一03B型MJ一03B型封闭式负压冲洗吸引装置由引流管(内置冲洗管)及引流材料组成。配件分别有医用粘胶贴膜、三通接头、二通接头。封闭式负压冲洗	通过			第11批

1762	C14171503500000086950000048	封闭式负压冲洗吸引装置	MJ-03D4	MJ-03D4	粤械注准20172140802	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	适用于医疗单位对体表引流时一次性使用，不用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织。用于对非慢性创面进行引流。	封闭式负压冲洗吸引装置MJ-03A型MJ-03A型引流管由外套管、冲水接管、内置管、引流用侧孔、进气接管和延长管组成。封闭式负压冲洗吸引装置MJ一03B型MJ一03B型封闭式负压冲洗吸引装置由引流管(内置冲洗管)及引流材料组成。配件分别有医用粘胶贴膜、三通接头、二通接头。封闭式负压冲洗	通过			第11批
1763	C15010521204023086950000005	一次性使用外科膨胀止血海绵	MJ-02A2	MJ-02A2	粤械注准20172141569	丙类	212-止血材料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	膨胀止血海绵	供外科非慢性创面出血的止血时一次性使用。	由聚乙烯醇泡沫材料和纱布层经过压缩及合成工艺制成（所含成分不可被人体吸	通过			第11批
1764	C15010521204023086950000009	一次性使用外科膨胀止血海绵	MJ-02A3	MJ-02A3	粤械注准20172141569	丙类	212-止血材料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	膨胀止血海绵	供外科非慢性创面出血的止血时一次性使用。	由聚乙烯醇泡沫材料和纱布层经过压缩及合成工艺制成（所含成分不可被人体吸	通过			第11批

1765	C17010621603000860950000002	一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料	MJ-01B3	MJ-01B3	粤械注准20172141580	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	长效抗菌材料	适用于医疗单位对体表创面护理时一次性使用，不用于真皮深层或其以下组织受损的创面或慢性创面。	由聚乙烯醇海绵层、聚氨酯贴膜经压缩及合成工艺制成，其中聚氨酯贴膜为外购件。	通过			第11批
1766	C17010621603000860950000005	一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料	MJ-01B4	MJ-01B4	粤械注准20172141580	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	长效抗菌材料	适用于医疗单位对体表创面护理时一次性使用，不用于真皮深层或其以下组织受损的创面或慢性创面。	由聚乙烯醇海绵层、聚氨酯贴膜经压缩及合成工艺制成，其中聚氨酯贴膜为外购件。	通过			第11批
1767	C17010621603000860950000010	一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料	MJ-01C1	MJ-01C1	粤械注准20172141580	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	长效抗菌材料	适用于医疗单位对体表创面护理时一次性使用，不用于真皮深层或其以下组织受损的创面或慢性创面。	由聚乙烯醇海绵层、聚氨酯贴膜经压缩及合成工艺制成，其中聚氨酯贴膜为外购件。	通过			第11批
1768	C17010621603000860950000011	一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料	MJ-01C3	MJ-01C3	粤械注准20172141580	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	长效抗菌材料	适用于医疗单位对体表创面护理时一次性使用，不用于真皮深层或其以下组织受损的创面或慢性创面。	由聚乙烯醇海绵层、聚氨酯贴膜经压缩及合成工艺制成，其中聚氨酯贴膜为外购件。	通过			第11批

1769	C17010621603000086950000013	一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料	MJ-01C4	MJ-01C4	粤械注准20172141580	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	长效抗菌材料	适用于医疗单位对体表创面护理时一次性使用，不用于真皮深层或其以下组织受损的创面或慢性创面。	由聚乙烯醇海绵层、聚氨酯贴膜经压缩及合成工艺制成，其中聚氨酯贴膜为外购件。	通过			第11批
1770	C17010621603000086950000018	一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料	MJ-01A3	MJ-01A3	粤械注准20172141580	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	长效抗菌材料	适用于医疗单位对体表创面护理时一次性使用，不用于真皮深层或其以下组织受损的创面或慢性创面。	由聚乙烯醇海绵层、聚氨酯贴膜经压缩及合成工艺制成，其中聚氨酯贴膜为外购件。	通过			第11批
1771	C17010621603000086950000020	一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料	MJ-01A4	MJ-01A4	粤械注准20172141580	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	长效抗菌材料	适用于医疗单位对体表创面护理时一次性使用，不用于真皮深层或其以下组织受损的创面或慢性创面。	由聚乙烯醇海绵层、聚氨酯贴膜经压缩及合成工艺制成，其中聚氨酯贴膜为外购件。	通过			第11批
1772	C17010621603000086950000022	一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料	MJ-01A5	MJ-01A5	粤械注准20172141580	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	长效抗菌材料	适用于医疗单位对体表创面护理时一次性使用，不用于真皮深层或其以下组织受损的创面或慢性创面。	由聚乙烯醇海绵层、聚氨酯贴膜经压缩及合成工艺制成，其中聚氨酯贴膜为外购件。	通过			第11批

1773	C01060303501001083910000002	外科手术引流导管套件	YB8-IIIZ	YB8-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1774	C01060303501001083910000004	外科手术引流导管套件	YD4-IIIZ	YD4-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1775	C01060303501001083910000005	外科手术引流导管套件	YB3-III	YB3-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1776	C01060303501001083910000006	外科手术引流导管套件	YD5-IIIZ	YD5-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1777	C01060303501001083910000008	外科手术引流导管套件	YB4-III	YB4-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1778	C01060303501001083910000009	外科手术引流导管套件	YD6-IIIZ	YD6-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1779	C01060303501001083910000011	外科手术引流导管套件	YD8-IIIZ	YD8-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1780	C01060303501001083910000012	外科手术引流导管套件	YB5-III	YB5-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1781	C01060303501001083910000015	外科手术引流导管套件	YE4-ⅢZ	YE4-ⅢZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1782	C01060303501001083910000017	外科手术引流导管套件	YE5-ⅢZ	YE5-ⅢZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1783	C01060303501001083910000018	外科手术引流导管套件	YB6-III	YB6-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1784	C01060303501001083910000020	外科手术引流导管套件	YC5-III	YC5-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1785	C01060303501001083910000021	外科手术引流导管套件	YB8-III	YB8-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1786	C01060303501001083910000022	外科手术引流导管套件	YE6-IIIZ	YE6-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1787	C01060303501001083910000023	外科手术引流导管套件	YE8-IIIZ	YE8-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1788	C01060303501001083910000024	外科手术引流导管套件	YB10-III	YB10-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1789	C01060303501001083910000025	外科手术引流导管套件	YC6-III	YC6-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1790	C01060303501001083910000027	外科手术引流导管套件	YC8-III	YC8-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1791	C01060303501001083910000029	外科手术引流导管套件	YC10-III	YC10-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1792	C01060303501001083910000032	外科手术引流导管套件	YD4-III	YD4-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1793	C01060303501001083910000035	外科手术引流导管套件	YD5-III	YD5-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1794	C01060303501001083910000037	外科手术引流导管套件	YD6-III	YD6-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1795	C01060303501001083910000042	外科手术引流导管套件	YD8-III	YD8-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1796	C01060303501001083910000044	外科手术引流导管套件	YC4-III	YC4-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1797	C01060303501001083910000046	外科手术引流导管套件	YD10-III	YD10-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1798	C01060303501001083910000049	外科手术引流导管套件	YE4-III	YE4-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1799	C01060303501001083910000050	外科手术引流导管套件	YE5-III	YE5-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1800	C01060303501001083910000054	外科手术引流导管套件	YE6-III	YE6-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1801	C01060303501001083910000057	外科手术引流导管套件	YE8-III	YE8-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1802	C01060303501001083910000060	外科手术引流导管套件	YE10-III	YE10-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1803	C01060303501001083910000063	外科手术引流导管套件	YB3-ⅢZ	YB3-ⅢZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1804	C01060303501001083910000065	外科手术引流导管套件	YB4-ⅢZ	YB4-ⅢZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1805	C01060303501001083910000066	外科手术引流导管套件	YB5-IIIZ	YB5-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1806	C01060303501001083910000068	外科手术引流导管套件	YB6-IIIZ	YB6-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1807	C14171503500000083910000017	外科手术引流导管套件	YA4-ⅢZ	YA4-ⅢZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1808	C14171503500000083910000018	外科手术引流导管套件	YA3-ⅢZ	YA3-ⅢZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1809	C14171503500000083910000019	外科手术引流导管套件	YA5-IIIZ	YA5-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1810	C14171503500000083910000020	外科手术引流导管套件	YA6-IIIZ	YA6-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1811	C14171503500000083910000021	外科手术引流导管套件	YA8-IIIZ	YA8-IIIZ	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1812	C14171503500000083910000024	外科手术引流导管套件	YA3-III	YA3-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1813	C14171503500000083910000026	外科手术引流导管套件	YA4-III	YA4-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1814	C14171503500000083910000032	外科手术引流导管套件	YA5-III	YA5-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1815	C14171503500000083910000037	外科手术引流导管套件	YA6-III	YA6-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1816	C14171503500000083910000038	外科手术引流导管套件	YA8-III	YA8-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1817	C14171503500000083910000039	外科手术引流导管套件	YA10-III	YA10-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批
1818	C14171503500000083910000040	外科手术引流导管套件	YA12-III	YA12-III	粤械注准20252140177	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于临床外科手术皮下引流、体表创伤或切口引流及冲洗。	由引流导管、止液夹、空气过滤器、穿孔针、拔针器和引流球或引流袋组成，其中空气过滤器、穿孔针、拔针器为可选件，引流球、引流袋可选其一或同时组配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用	通过			第11批

1819	C01070700000000123820000001	一次性使用宫腔电子内窥镜	RP-G-C24	RP-G-C24	粤械注准20222180001	丙类	000--	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	该产品需与广州瑞派医疗器械有限责任公司生产的医用内窥镜图像处理器（RP-IPD-V800）配套用于宫腔的成像和检查。	一次性使用电子宫腔检查镜由手柄和插入部组成。	通过			第11批
1820	C14020118200000094300000001	网式雾化器	MP001	MP001	粤械注准20252080069	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	将液态药物雾化，供患者吸入用。	由控制器、药杯模组、吸入装置和适配器（仅限于MP001）组成，吸入装置包括吸嘴和面罩。	通过			第11批

1821	C14020118200000094300000002	网式雾化器	MP016	MP016	粤械注准20252080069	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	将液态药物雾化，供患者吸入用。	由控制器、药杯模组、吸入装置和适配器（仅限于MP001）组成，吸入装置包括吸嘴和面罩。	通过			第11批
1822	C14171503500000014270000024	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800G4	HHVD-2800G4	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批
1823	C14171503500000014270000025	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800B3	HHVD-2800B3	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批
1824	C14171503500000014270000026	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800B1	HHVD-2800B1	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批

1825	C14171503500000014270000029	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800C1	HHVD-2800C1	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批
1826	C14171503500000014270000034	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800B2	HHVD-2800B2	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批
1827	C14171503500000014270000036	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800C2	HHVD-2800C2	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批
1828	C14171503500000014270000044	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800G5	HHVD-2800G5	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批

1829	C14171503500000014270000050	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800B4	HHVD-2800B4	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批
1830	C14171503500000014270000051	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800B5	HHVD-2800B5	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批
1831	C14171503500000014270000052	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800B6	HHVD-2800B6	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批
1832	C14171503500000014270000053	一次性使用负压护创材料	HHVD-2800B7	HHVD-2800B7	粤械注准20162141544	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面(如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面)进行引流。	由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流导管组成。	通过			第11批

1833	C01060303501003057410000002	一次性无菌留置引流导管	0820	ISB型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。	留置引流导管由导管和内芯组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。	通过				第11批
1834	C01060303501003057410000003	一次性无菌留置引流导管	1020	ISB型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。	留置引流导管由导管和内芯组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。	通过				第11批
1835	C01060303501003057410000008	一次性无菌留置引流导管	2025	OSK型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。	留置引流导管由导管和内芯组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。	通过				第11批
1836	C01060303501003057410000012	一次性无菌留置引流导管	2825	OSK型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。	留置引流导管由导管和内芯组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。	通过				第11批

1837	C01060303501003057410000013	一次性无菌留置引流导管	2025	ISH型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。	留置引流导管由导管和内芯组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。	通过			第11批
1838	C01060303501003057410000018	一次性无菌留置引流导管	2825	ISH型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。	留置引流导管由导管和内芯组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。	通过			第11批
1839	C01060303501004057410000020	一次性无菌留置引流导管	1020	GST型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。	留置引流导管由导管和内芯组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。	通过			第11批
1840	C01060303501004057410000035	一次性无菌留置引流导管	0820	GST型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流，在人体内留置时间小于30天。	留置引流导管由导管和内芯组成，分直型和弯型；内芯由座和实心内芯、空心内芯组成。	通过			第11批

1841	C01060303501004057410000040	一次性无菌留置引流导管	0830	ISY型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流。其中ISB 型、GST型、GSP型、GSO型、ISY型、ISQ型还可用于胆道引流。	“引流导管依据管体外形、接头形式及所配内芯的方式不同划分为不同型号。导管结构分为直型与弯型，接头根据结构可分为端帽型、带线型及带侧口型，内芯分为实心内芯与空心内芯，其中GST型 、ISB型含有选配配件扩张管、穿刺针、导丝。引流导管管体、接头采用聚氨酯（TPU）制造，固	通过			第11批

1842	C01060303501004057410000067	一次性无菌留置引流导管	1030	ISY型	粤械注准20192140551	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品一次性使用，在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的留置引流。其中ISB 型、GST型、GSP型、GSO型、ISY型、ISQ型还可用于胆道引流。	“引流导管依据管体外形、接头形式及所配内芯的方式不同划分为不同型号。导管结构分为直型与弯型，接头根据结构可分为端帽型、带线型及带侧口型，内芯分为实心内芯与空心内芯，其中GST型 、ISB型含有选配配件扩张管、穿刺针、导丝。引流导管管体、接头采用聚氨酯（TPU）制造，固	通过			第11批

1843	C01060303501002057410000045	一次性无菌留置引流导管及辅助装置	8.5Fr	复合装Y型	粤械注准20222141071		035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用。	一次性无菌留置引流导管及辅助装置由留置引流导管（配固定夹、内芯）、连接管及其他辅件组成，其中留置引流导管由导管和内芯组成。导管由接头和带侧孔的管体组成，分直型和弯型；内芯由座和不锈钢钢管组成，分实心内芯和空心内芯。该产品所有组件均不含药物。简装配置	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

1844	C06070113510009043140000187	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S390L	DHML-S390L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1845	C06070113510009043140000195	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S280L	DHML-S280L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1846	C06070113510009043140000201	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S300M	DHML-S300M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1847	C06070113510009043140000223	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S300L	DHML-S300L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1848	C06070113510009043140000230	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S225M	DHML-S225M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1849	C06070113510009043140000231	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S160M	DHML-S160M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1850	C06070113510009043140000250	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S450L	DHML-S450L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1851	C06070113510009043140000251	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S550L	DHML-S550L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1852	C06070113510009043140000252	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S240L	DHML-S240L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1853	C06070113510009043140000256	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S180L	DHML-S180L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1854	C06070113510009043140000260	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S200M	DHML-S200M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1855	C06070113510009043140000261	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S330L	DHML-S330L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1856	C06070113510009043140000264	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S360L	DHML-S360L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1857	C06070113510009043140000267	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S260M	DHML-S260M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1858	C06070113510009043140000269	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S160L	DHML-S160L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1859	C06070113510009043140000302	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S450M	DHML-S450M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1860	C06070113510009043140000303	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S480M	DHML-S480M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1861	C06070113510009043140000304	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S390M	DHML-S390M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1862	C06070113510009043140000308	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S480L	DHML-S480L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1863	C06070113510009043140000310	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S330M	DHML-S330M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1864	C06070113510009043140000311	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S510M	DHML-S510M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1865	C06070113510009043140000317	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S180M	DHML-S180M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1866	C06070113510009043140000318	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S260L	DHML-S260L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1867	C06070113510009043140000325	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S600M	DHML-S600M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1868	C06070113510009043140000331	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S600L	DHML-S600L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1869	C06070113510009043140000334	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S510L	DHML-S510L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1870	C06070113510009043140000337	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S240M	DHML-S240M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1871	C06070113510009043140000347	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S550M	DHML-S550M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1872	C06070113510009043140000349	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S420M	DHML-S420M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1873	C06070113510009043140000350	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S420L	DHML-S420L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1874	C06070113510009043140000351	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S200L	DHML-S200L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1875	C06070113510009043140000353	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S220L	DHML-S220L	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1876	C06070113510009043140000362	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S220M	DHML-S220M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批
1877	C06070113510009043140000363	硅凝胶填充乳房植入体	DHML-S280M	DHML-S280M	国械注准20153130588	丙类	135-填充材料类	否			是	331601007	乳房再造术	不含乳头乳晕重建和乳腺切除	假体	假体	该产品用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手适用范围术。	该产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外结构及组成层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为圆形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经钴60辐照灭菌或干热灭菌。货	通过			第11批

1878	C14170619602003016820000025	一次性使用乳胶导尿管	18Fr	三腔标准型	粤械注准20162140874	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。	一次性使用乳胶导尿管由天然乳胶为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成	通过			第11批
1879	C14170619602003016820000026	一次性使用乳胶导尿管	22Fr	三腔标准型	粤械注准20162140874	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。	一次性使用乳胶导尿管由天然乳胶为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成	通过			第11批
1880	C14170619602003016820000027	一次性使用乳胶导尿管	16Fr	三腔标准型	粤械注准20162140874	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。	一次性使用乳胶导尿管由天然乳胶为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成	通过			第11批

1881	C14170619602003016820000028	一次性使用乳胶导尿管	26Fr	三腔标准型	粤械注准20162140874	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。	一次性使用乳胶导尿管由天然乳胶为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成	通过			第11批
1882	C14170619602003016820000029	一次性使用乳胶导尿管	20Fr	三腔标准型	粤械注准20162140874	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。	一次性使用乳胶导尿管由天然乳胶为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成	通过			第11批
1883	C14170619602003016820000030	一次性使用乳胶导尿管	24Fr	三腔标准型	粤械注准20162140874	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。	一次性使用乳胶导尿管由天然乳胶为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成	通过			第11批
1884	C14240203500001016820000014	一次性使用胆管引流管	30Fr	30Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1885	C14240203500001016820000015	一次性使用胆管引流管	14Fr	14Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批

1886	C14240203500001016820000016	一次性使用胆管引流管	12Fr	12Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1887	C14240203500001016820000017	一次性使用胆管引流管	22Fr	22Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1888	C14240203500001016820000018	一次性使用胆管引流管	28Fr	28Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1889	C14240203500001016820000019	一次性使用胆管引流管	8Fr	8Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1890	C14240203500001016820000020	一次性使用胆管引流管	20Fr	20Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1891	C14240203500001016820000021	一次性使用胆管引流管	24Fr	24Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1892	C14240203500001016820000022	一次性使用胆管引流管	26Fr	26Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1893	C14240203500001016820000023	一次性使用胆管引流管	16Fr	16Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1894	C14240203500001016820000024	一次性使用胆管引流管	6Fr	6Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1895	C14240203500001016820000025	一次性使用胆管引流管	18Fr	18Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批
1896	C14240203500001016820000026	一次性使用胆管引流管	10Fr	10Fr	粤械注准20162140875	乙类	035-引流装置类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀 气囊	导管	供医院对患者实施胆道引流术时一次性使用	由T型的导管构成。	通过		限手术病人	第11批

1897	C14170619603002016820000304	一次性使用无菌硅胶导尿管	5.3mm(16Fr)5-15mL	双腔标准型	粤械注准20162140878	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	供医院对患者导尿及引流时一次性使用。	主要材料为硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞（有或无）、助插内芯（有或无）等组	通过			第11批
1898	C14170619603002016820000310	一次性使用无菌硅胶导尿管	6.7mm(20Fr)30mL	双腔标准型	粤械注准20162140878	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	供医院对患者导尿及引流时一次性使用	主要材料为硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞（有或无）、助插内芯（有或无）等组	通过			第11批
1899	C14170619603002016820000316	一次性使用无菌硅胶导尿管	4.0mm(12Fr)5-10mL	双腔标准型	粤械注准20162140878	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	供医院对患者导尿及引流时一次性使用。	主要材料为硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞（有或无）、助插内芯（有或无）等组	通过			第11批
1900	C14170619603002016820000540	一次性使用无菌硅胶导尿管	8.7mm(26Fr)30mL	双腔标准型	粤械注准20162140878	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	供医院对患者导尿及引流时一次性使用。	主要材料为硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞（有或无）、助插内芯（有或无）等组	通过			第11批

1901	C14170619603003016820000051	一次性使用无菌硅胶导尿管	5.3mm(16Fr)5-15mL	三腔标准型	粤械注准20162140878	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	供医院对患者导尿及引流时一次性使用。	主要材料为硅橡胶，由导尿腔、球囊、排出孔、单向阀、导尿管塞（有或无）、助插内芯（有或无）等组	通过			第11批
1902	C14120203500000016820000007	排泄物引流装置套件	成人II型	成人II型	粤械注准20182140534		035-引流装置类	否			是	ACBM0001	肛周护理	指对肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。观察肛周皮肤黏膜。不含换药。	药物、特殊仪器	特殊仪器	适用于排出物为液体或半液体的大便失禁管理	成人Ⅰ型由排泄物管理系统、挂钩、收集袋、球囊充起器、手套、铺巾、床单夹、敷贴和固定带组成，其中球囊充起器、手套、铺巾、敷贴为外购件；成人Ⅱ型由排泄物管理系统、收集袋、球囊充起器、扎带组成，其中球囊充起器、收	不通过	与除外耗材名称不一致，排泄物引流装置套件是医疗器械非特殊仪器。		第11批

1903	C14170619603006016820000001	亲水涂层硅胶导尿管套件	20Fr(6.7mm)30-50mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1904	C14170619603006016820000002	亲水涂层硅胶导尿管套件	16Fr(5.3mm)15mL	双腔弯头型带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1905	C14170619603006016820000009	亲水涂层硅胶导尿管套件	26Fr(8.7mm)15mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1906	C14170619603006016820000021	亲水涂层硅胶导尿管套件	12Fr(4.0mm)5-10mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1907	C14170619603006016820000022	亲水涂层硅胶导尿管套件	20Fr(6.7mm)15mL	双腔弯头型带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1908	C14170619603006016820000029	亲水涂层硅胶导尿管套件	24Fr(8.0mm)15mL	双腔弯头型带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1909	C14170619603006016820000031	亲水涂层硅胶导尿管套件	26Fr(8.7mm)15mL	双腔弯头型带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1910	C14170619603006016820000032	亲水涂层硅胶导尿管套件	22Fr(7.3mm)15mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1911	C14170619603006016820000035	亲水涂层硅胶导尿管套件	18Fr(6.0mm)15mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1912	C14170619603006016820000036	亲水涂层硅胶导尿管套件	22Fr(7.3mm)30-50mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1913	C14170619603006016820000042	亲水涂层硅胶导尿管套件	18Fr(6.0mm)15mL	双腔弯头型带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1914	C14170619603006016820000048	亲水涂层硅胶导尿管套件	16Fr(5.3mm)15mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1915	C14170619603006016820000060	亲水涂层硅胶导尿管套件	22Fr(7.3mm)15mL	双腔弯头型带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1916	C14170619603006016820000067	亲水涂层硅胶导尿管套件	14Fr(4.7mm)15mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1917	C14170619603006016820000075	亲水涂层硅胶导尿管套件	20Fr(6.7mm)15mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1918	C14170619603006016820000078	亲水涂层硅胶导尿管套件	24Fr(8.0mm)30-50mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1919	C14170619603006016820000081	亲水涂层硅胶导尿管套件	24Fr(8.0mm)15mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1920	C14170619603006016820000091	亲水涂层硅胶导尿管套件	26Fr(8.7mm)30-50mL	双腔弯头型不带助插内芯、带水包	粤械注准20222140609	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	特殊导尿管	用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。	双腔儿童型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯、水包（如有）组成；双腔标准型、双腔妇女型由单向阀、卡套、接头、管体、球囊、亲水涂层、助插内芯（如有）、水包（如有）组成；双腔弯头型由单向阀、卡套、接头、管身、球囊、弯头、亲水涂层、助插内	通过			第11批

1921	C14160700400002016820000011	一次性使用气传导尿动力测压导管	PC2-2Q-7Fr	PC2-2Q-7Fr	粤械注准20252140541	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。	由测压管和连接管（选配）组成。测压管分为双腔球囊型测压导管和三腔球囊型测压导管。测压管由接头、管体和球囊组成，由聚碳酸酯PC、聚酰胺PA、聚氨酯PU制成；连接管有四种类型(连接管、灌注连接管Ⅰ型、泵管、三通延长管），由管体和接头组成，四种管体均由聚氯乙烯PVC制成，	通过			第11批

1922	C14160700400002016820000012	一次性使用气传导尿动力测压导管	2Q-7Fr	2Q-7Fr	粤械注准20252140541	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。	由测压管和连接管（选配）组成。测压管分为双腔球囊型测压导管和三腔球囊型测压导管。测压管由接头、管体和球囊组成，由聚碳酸酯PC、聚酰胺PA、聚氨酯PU制成；连接管有四种类型(连接管、灌注连接管Ⅰ型、泵管、三通延长管），由管体和接头组成，四种管体均由聚氯乙烯PVC制成，	通过			第11批

1923	C14160700400002016820000013	一次性使用气传导尿动力测压导管	PC4-2Q-7Fr	PC4-2Q-7Fr	粤械注准20252140541	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。	由测压管和连接管（选配）组成。测压管分为双腔球囊型测压导管和三腔球囊型测压导管。测压管由接头、管体和球囊组成，由聚碳酸酯PC、聚酰胺PA、聚氨酯PU制成；连接管有四种类型(连接管、灌注连接管Ⅰ型、泵管、三通延长管），由管体和接头组成，四种管体均由聚氯乙烯PVC制成，	通过			第11批

1924	C14160700400003016820000003	一次性使用气传导尿动力测压导管	3Q-7Fr	3Q-7Fr	粤械注准20252140541	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。	由测压管和连接管（选配）组成。测压管分为双腔球囊型测压导管和三腔球囊型测压导管。测压管由接头、管体和球囊组成，由聚碳酸酯PC、聚酰胺PA、聚氨酯PU制成；连接管有四种类型(连接管、灌注连接管Ⅰ型、泵管、三通延长管），由管体和接头组成，四种管体均由聚氯乙烯PVC制成，	通过			第11批

1925	C14160700400003016820000004	一次性使用气传导尿动力测压导管	PC2-3Q-7Fr	PC2-3Q-7Fr	粤械注准20252140541	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。	由测压管和连接管（选配）组成。测压管分为双腔球囊型测压导管和三腔球囊型测压导管。测压管由接头、管体和球囊组成，由聚碳酸酯PC、聚酰胺PA、聚氨酯PU制成；连接管有四种类型(连接管、灌注连接管Ⅰ型、泵管、三通延长管），由管体和接头组成，四种管体均由聚氯乙烯PVC制成，	通过			第11批

1926	C14160700400003016820000005	一次性使用气传导尿动力测压导管	PC4-3Q-7Fr	PC4-3Q-7Fr	粤械注准20252140541	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。	由测压管和连接管（选配）组成。测压管分为双腔球囊型测压导管和三腔球囊型测压导管。测压管由接头、管体和球囊组成，由聚碳酸酯PC、聚酰胺PA、聚氨酯PU制成；连接管有四种类型(连接管、灌注连接管Ⅰ型、泵管、三通延长管），由管体和接头组成，四种管体均由聚氯乙烯PVC制成，	通过			第11批
1927	C11021517210000050330000001	一次性使用包皮吻合器包	1.0	标准型	粤械注准20162020175	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	用于男性包皮的去除手术	标准型：由包皮吻合器、手术孔巾、垫巾和丝线组成；简易型：仅由包皮吻合器组成。其中手术孔巾、垫巾和丝线为外	通过			第11批

1928	C11021517210000050330000002	一次性使用包皮吻合器包	1.3	标准型	粤械注准20162020175	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	用于男性包皮的去除手术	标准型：由包皮吻合器、手术孔巾、垫巾和丝线组成；简易型：仅由包皮吻合器组成。其中手术孔巾、垫巾和丝线为外	通过			第11批
1929	C11021517210000050330000003	一次性使用包皮吻合器包	1.5	标准型	粤械注准20162020175	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	用于男性包皮的去除手术	标准型：由包皮吻合器、手术孔巾、垫巾和丝线组成；简易型：仅由包皮吻合器组成。其中手术孔巾、垫巾和丝线为外	通过			第11批
1930	C11021517210000050330000004	一次性使用包皮吻合器包	1.7	标准型	粤械注准20162020175	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	用于男性包皮的去除手术	标准型：由包皮吻合器、手术孔巾、垫巾和丝线组成；简易型：仅由包皮吻合器组成。其中手术孔巾、垫巾和丝线为外	通过			第11批
1931	C11021517210000050330000005	一次性使用包皮吻合器包	2.0	标准型	粤械注准20162020175	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	用于男性包皮的去除手术	标准型：由包皮吻合器、手术孔巾、垫巾和丝线组成；简易型：仅由包皮吻合器组成。其中手术孔巾、垫巾和丝线为外	通过			第11批

1932	C11021517210000050330000006	一次性使用包皮吻合器包	2.5	标准型	粤械注准20162020175	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	用于男性包皮的去除手术	标准型：由包皮吻合器、手术孔巾、垫巾和丝线组成；简易型：仅由包皮吻合器组成。其中手术孔巾、垫巾和丝线为外	通过			第11批
1933	C11021517210000050330000007	一次性使用包皮吻合器包	2.7	标准型	粤械注准20162020175	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	用于男性包皮的去除手术	标准型：由包皮吻合器、手术孔巾、垫巾和丝线组成；简易型：仅由包皮吻合器组成。其中手术孔巾、垫巾和丝线为外	通过			第11批
1934	C11021517210000050330000008	一次性使用包皮吻合器包	3.0	标准型	粤械注准20162020175	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	用于男性包皮的去除手术	标准型：由包皮吻合器、手术孔巾、垫巾和丝线组成；简易型：仅由包皮吻合器组成。其中手术孔巾、垫巾和丝线为外	通过			第11批

1935	C03480411401005085470000072	一次性无菌电动往复环锯	245mm*8mm*8mm	HJ80245A-YCW	黔械注准20232040011	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	适用于外科手术中对人体骨组织的锯切处理。	由锯片齿部、刀杆和接口部分组成。	通过			第11批
1936	C03480211201001085470000007	一次性无菌偏心往复磨铣刀头	200mm*4.5mm*8.8mm	PWMXTB88200-YCW	黔械注准20232040013	甲类	112-铣刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱磨钻头	适用于外科手术中对人体骨组织切削处理。	由刀头、刀杆限深调节套、手把和接口部分组成。	通过			第11批

1937	C03480211201001085470000015	一次性无菌偏心往复磨铣刀头	200mm*4.5mm*7.5mm	PWMXTB75200-YCW	黔械注准20232040013	甲类	112-铣刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱磨钻头	适用于外科手术中对人体骨组织切削处理。	由刀头、刀杆限深调节套、手把和接口部分组成。	通过			第11批

1938	C03310700700000048120000001	无菌骨取样器	3.5mm	HS13	桂械注准20222040345	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于经皮椎体成形术与椎体后凸成形术中骨组织取样。	无菌骨取样器主要由外套管、取样管、管芯组成，其金属部分为医用S30408不锈钢，外套管与管芯塑料部分为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、取样管塑料部分为聚碳酸酯(PC)，环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批

1939	C14171603400000137920000001	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	12Fr	喂养型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1940	C14171603400000137920000002	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	8Fr	喂养型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1941	C14171603400000137920000003	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	18Fr	喂养型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1942	C14171603400000137920000004	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	16Fr	喂养型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1943	C14171603400000137920000005	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	20Fr	喂养型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1944	C14171603400000137920000006	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	10Fr	喂养型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1945	C14171603400000137920000007	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	12+18Fr	喂养减压型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1946	C14171603400000137920000008	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	12+18Fr	喂养减压型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1947	C14171603400000137920000009	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	14Fr	喂养型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1948	C14171603400000137920000010	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	10+16Fr	喂养减压型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1949	C14171603400000137920000011	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	12Fr	喂养型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1950	C14171603400000137920000012	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	8Fr	喂养型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1951	C14171603400000137920000013	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	14Fr	喂养型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1952	C14171603400000137920000014	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	10+16Fr	喂养减压型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1953	C14171603400000137920000015	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	16Fr	喂养型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1954	C14171603400000137920000016	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	10Fr	喂养型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1955	C14171603400000137920000017	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	20Fr	喂养型	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批

1956	C14171603400000137920000018	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管	18Fr	喂养型(带喂养转换接头)	琼械注准20252140055	甲类	034-插管类	否			是	120800004	经鼻空肠营养管置管术	取适当体位，铺巾，清洁鼻腔，标记插入深度，检查导管通畅，充分润滑；经鼻、口咽部、食道、胃、十二指肠进入空肠，造影并摄片等方法确定进入空肠，拔出导丝，固定导管，做好管道标识，观察患者反应并记录，做好健康教育及心理护理。不含监护、影像学引导。	一次性鼻胃肠管	一次性鼻胃肠管	用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗。	一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养型）由喂养接头、胃肠主管、带摄像头的子弹头、营养液出口、信号接口、导丝、喂养转换接头（选配）组成，其中胃肠主管表面有亲水涂层。一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管（喂养减压型）由喂养接头、胃内导管、吸引孔、肠内导管、带	通过			第11批
1957	C07020113701001125000000228	种植体系统-种植体	UF(II)N3308S	UF(II)N3308S	国械注进20153173909	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	本产品通过外科手术植入上颌骨和/或下颌骨，为牙齿的修复提供稳定的基础，作为齿根的代	本产品由种植体、覆盖螺丝、连接器和连接器螺丝组成。	通过			第11批
1958	C07020113701001125000000232	种植体系统-种植体	UF(II)7010S	UF(II)7010S	国械注进20153173909	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	本产品通过外科手术植入上颌骨和/或下颌骨，为牙齿的修复提供稳定的基础，作为齿根的代	本产品由种植体、覆盖螺丝、连接器和连接器螺丝组成。	通过			第11批

1959	C07020113701001125000000234	种植体系统-种植体	UF(II)5516S	UF(II)5516S	国械注进20153173909	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	本产品通过外科手术植入上颌骨和/或下颌骨，为牙齿的修复提供稳定的基础，作为齿根的代	本产品由种植体、覆盖螺丝、连接器和连接器螺丝组成。	通过			第11批
1960	C07020113701001125000000236	种植体系统-种植体	UF(II)4011S	UF(II)4011S	国械注进20153173909	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	本产品通过外科手术植入上颌骨和/或下颌骨，为牙齿的修复提供稳定的基础，作为齿根的代	本产品由种植体、覆盖螺丝、连接器和连接器螺丝组成。	通过			第11批
1961	C07020113701001125000000238	种植体系统-种植体	UF(II)4015S	UF(II)4015S	国械注进20153173909	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	本产品通过外科手术植入上颌骨和/或下颌骨，为牙齿的修复提供稳定的基础，作为齿根的代	本产品由种植体、覆盖螺丝、连接器和连接器螺丝组成。	通过			第11批
1962	C07020113701001125000000261	种植体系统-种植体	UF(II)5508S	UF(II)5508S	国械注进20153173909	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	本产品通过外科手术植入上颌骨和/或下颌骨，为牙齿的修复提供稳定的基础，作为齿根的代	本产品由种植体、覆盖螺丝、连接器和连接器螺丝组成。	通过			第11批
1963	C07020113701001125000000326	种植体系统-种植体	UF(II)4511S	UF(II)4511S	国械注进20153173909	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	本产品通过外科手术植入上颌骨和/或下颌骨，为牙齿的修复提供稳定的基础，作为齿根的代	本产品由种植体、覆盖螺丝、连接器和连接器螺丝组成。	通过			第11批

1964	C07020113701001125000000393	种植体系统-种植体	UF(II)5010S	UF(II)5010S	国械注进20153173909	丙类	137-种植体类	是-重庆	中选	口腔种植体带量采购项目	是	330609001	牙种植体植入术		种植体	种植体	本产品通过外科手术植入上颌骨和/或下颌骨，为牙齿的修复提供稳定的基础，作为齿根的代	本产品由种植体、覆盖螺丝、连接器和连接器螺丝组成。	通过			第11批
1965	C14080418500006078370000026	可吸收性外科缝线	0	不带针（60cm）*12	国械注准20173023011	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	适合于既需要可吸收性外科缝线且需要长时间（可长达6周）伤口支撑部位的缝合，如腹部全筋膜缝合。	可吸收性外科缝线分为带针和不带针两种,带针缝线由医用缝合针和聚对二氧环己酮（PDO）缝线两部分组成.医用缝合针由YB/T5219-1993中规定的3Cr13不锈钢材料制造，缝合针针型有圆针、角针、铲针、圆体角针，针经范围0.2mm~1.4mm。聚对二氧环己酮（PDO）缝线由紫色（染料为D&C紫色2号）或不	通过			第11批

1966	C01022201100003044700000167	电圈套器	AG-5074-241023	04型	国械注准20153012054	丙类	011-圈套器类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	圈套器	产品适用于与内镜和高频电发生器配套使用，用于消化道息肉的切除。	产品由手柄部分（含插入电极）、鞘管和电极组成。手柄部分材质为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物（ABS），手柄部分插入电极材质为铜（Cu），鞘管材料为聚四氟乙烯（PTFE），电极材料为0Cr18Ni9（304不锈钢）	通过			第11批
1967	C01022201100003044700000241	电圈套器	AG-5074-242522	04型	国械注准20153012054	丙类	011-圈套器类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	圈套器	产品适用于与内镜和高频电发生器配套使用，用于消化道息肉的切除。	产品由手柄部分（含插入电极）、鞘管和电极组成。手柄部分材质为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物（ABS），手柄部分插入电极材质为铜（Cu），鞘管材料为聚四氟乙烯（PTFE），电极材料为0Cr18Ni9（304不锈钢）	通过			第11批

1968	C01022201100003044700000258	电圈套器	AG-5074-241522	04型	国械注准20153012054	丙类	011-圈套器类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	圈套器	产品适用于与内镜和高频电发生器配套使用，用于消化道息肉的切除。	产品由手柄部分（含插入电极）、鞘管和电极组成。手柄部分材质为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物（ABS），手柄部分插入电极材质为铜（Cu），鞘管材料为聚四氟乙烯（PTFE），电极材料为0Cr18Ni9（304不锈钢）	通过			第11批
1969	C01022201100003044700000302	电圈套器	AG-5074-241022	04型	国械注准20153012054	丙类	011-圈套器类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	圈套器	产品适用于与内镜和高频电发生器配套使用，用于消化道息肉的切除。	产品由手柄部分（含插入电极）、鞘管和电极组成。手柄部分材质为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物（ABS），手柄部分插入电极材质为铜（Cu），鞘管材料为聚四氟乙烯（PTFE），电极材料为0Cr18Ni9（304不锈钢）	通过			第11批

1970	C14080802200001044700000013	夹子装置	AG-5106-1950-090-9	6型	国械注准20163021670	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	该产品适用于与内窥镜配套使用，在内镜可视情况下在上、下消化道内放置夹子，对各种原因引起的上、下消化道出血：如动脉性出血、持续性渗血、血管残端出血需进行机械止血	该产品由夹子部件和输送装置部件组成。夹子部件由夹片和收紧管组成,输送装置部件包括弹簧管、包塑层、弹簧端头和手柄等组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期3年	通过			第11批
1971	C14080802200001044700000044	夹子装置	AG-51016-1950-090-13	16型	国械注准20163021670	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	该产品适用于与内窥镜配套使用，在内镜可视情况下在上、下消化道内放置夹子部件，对各种原因引起的上、下消化道出血：如动脉性出血、持续性渗血、血管残端出血等进行机械止血或创面缝合治疗	该产品由夹子部件和输送装置部件组成。夹子部件由夹片和收紧管组成，输送装置部件由弹簧软管、包塑层、弹性端头和手柄等组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期3年。	通过			第11批

1972	C14080802200001044700000046	夹子装置	AG-51016-2300-090-13	16型	国械注准20163021670	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	该产品适用于与内窥镜配套使用，在内镜可视情况下在上、下消化道内放置夹子部件，对各种原因引起的上、下消化道出血：如动脉性出血、持续性渗血、血管残端出血等进行机械止血或创面缝合治疗	该产品由夹子部件和输送装置部件组成。夹子部件由夹片和收紧管组成，输送装置部件由弹簧软管、包塑层、弹性端头和手柄等组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期3年。	通过			第11批
1973	C14080802200001044700000115	夹子装置	AG-51042-2300-090-16	42型	国械注准20163021670	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	该产品适用于与内窥镜配套使用，在内镜可视情况下在上、下消化道内放置夹子部件，对各种原因引起的上、下消化道出血：如动脉性出血、持续性渗血、血管残端出血等进行机械止血或创面缝合治疗	该产品由夹子部件和输送装置部件组成。夹子部件由夹片和收紧管组成，输送装置部件由弹簧软管、包塑层、弹性端头和手柄等组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期3年。	通过			第11批

1974	C01022201100004044700000018	冷圈套器	AG-58715-241523	15 型	浙械注准20242021944	丙类	011-圈套器类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	圈套器	本产品与软性内窥镜配套使用，用于消化道息肉的切除。	产品由钳头圈套、连接管、鞘管、连接件、滑动指环、手柄、金属端帽（仅适用于11型、12型、14型、15型、16型、18型规格）组成	通过			第11批
1975	C01022201100004044700000026	冷圈套器	AG-5875-241523	05 型	浙械注准20242021944	丙类	011-圈套器类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	圈套器	本产品与软性内窥镜配套使用，用于消化道息肉的切除。	产品由钳头圈套、连接管、鞘管、连接件、滑动指环、手柄、金属端帽（仅适用于11型、12型、14型、15型、16型、18型规格）组成	通过			第11批
1976	C16040102600006203970000006	一次性穿刺器	套装BK	B型	浙械注准20232021216	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合	特殊穿刺针(器)	穿刺器	产品用于腹腔镜手术中穿刺腹壁后作为内窥镜和器械进出腹腔的通道，并可向腹腔内输送二氧化碳气体。	穿刺器由穿刺管套和穿刺针组成，选配组件有气腹针，标本取物袋。	通过			第11批

1977	C16040102600006203970000015	一次性穿刺器	套装BE	B型	浙械注准20232021216	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合	特殊穿刺针(器)	穿刺器	产品用于腹腔镜手术中穿刺腹壁后作为内窥镜和器械进出腹腔的通道，并可向腹腔内输送二氧化碳气体。	穿刺器由穿刺管套和穿刺针组成，选配组件有气腹针，标本取物袋。	通过			第11批
1978	C16040102600006203970000024	一次性穿刺器	套装BQ	B型	浙械注准20232021216	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合	特殊穿刺针(器)	穿刺器	产品用于腹腔镜手术中穿刺腹壁后作为内窥镜和器械进出腹腔的通道，并可向腹腔内输送二氧化碳气体。	穿刺器由穿刺管套和穿刺针组成，选配组件有气腹针，标本取物袋。	通过			第11批

1979	C16040102600006203970000025	一次性穿刺器	套装BY	B型	浙械注准20232021216	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合	特殊穿刺针(器)	穿刺器	产品用于腹腔镜手术中穿刺腹壁后作为内窥镜和器械进出腹腔的通道，并可向腹腔内输送二氧化碳气体。	穿刺器由穿刺管套和穿刺针组成，选配组件有气腹针，标本取物袋。	通过			第11批
1980	C04082212300000173450000001	植入式骶神经刺激器	IS-10A	IS-10A	国械注准20233120807	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	330204022	骶神经调控术	消毒铺巾、麻醉，腰骶部小切口，穿刺骶孔，置入刺激电极或神经电刺激器，刺激骶神经，调解参数，止血，缝合，包扎。	植入电极、电刺激系统(含遥控器)	电刺激系统(含遥控器)	该产品与植入式骶神经刺激电极及植入式骶神经刺激延伸导线配套使用，适用于骶神经电刺激，用于成人排尿控制的辅助治疗。用于保守治疗无效或不耐受保守治疗的患者的膀胱过度活动症的症状，包括急迫性尿失禁、明显的尿急、尿频	产品由植入式骶神经刺激器、扭力螺丝刀组成。	通过			第11批

1981	C04082302100000173450000001	植入式骶神经刺激电极	ISL-280620	ISL-280620	国械注准20233120809	丙类	021-电极类	否			是	330204022	骶神经调控术	消毒铺巾、麻醉，腰骶部小切口，穿刺骶孔，置入刺激电极或神经电刺激器，刺激骶神经，调解参数，止血，缝合，包扎。	植入电极、电刺激系统(含遥控器)	植入电极	该产品与植入式骶神经刺激器及植入式骶神经延伸导线配套使用，适用于骶神经电刺激，用于成人排尿控制的辅助治疗，用于保守治疗无效或不耐受保守治疗的患者的膀胱过度活动症的症状，包括急迫性尿失禁、明显的尿急	产品由植入式骶神经刺激电极（含指引钢丝）、导引针、扭力螺丝刀、穿刺工具（穿刺针、穿刺外管）、扩张工具（扩张外管、扩张内管）、隧道针组成。	通过			第11批
1982	C04082512300000173450000001	刺激器程控仪	GSPP-10A	GSPP-10A	浙械注准20232120073	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	330204022	骶神经调控术	消毒铺巾、麻醉，腰骶部小切口，穿刺骶孔，置入刺激电极或神经电刺激器，刺激骶神经，调解参数，止血，缝合，包扎	植入电极、电刺激系统(含遥控器)	电刺激系统(含遥控器)	用于对植入式骶神经刺激器的参数调控。	产品由主机（含可充电电池），USB线、磁性开关、刺激器程控仪软件和医生控制软件组成。	通过			第11批
1983	C01030600400006240730000001	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-36B	HYD-36B	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批

1984	C01030600400006240730000002	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-38B	HYD-38B	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批
1985	C01030600400006240730000003	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-28C	HYD-28C	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批
1986	C01030600400006240730000004	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-30C	HYD-30C	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批

1987	C01030600400006240730000005	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-32C	HYD-32C	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批
1988	C01030600400006240730000006	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-34C	HYD-34C	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批
1989	C01030600400006240730000007	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-36C	HYD-36C	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批

1990	C01030600400006240730000008	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-38C	HYD-38C	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批
1991	C01030600400006240730000009	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-28B	HYD-28B	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批
1992	C01030600400006240730000010	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-30B	HYD-30B	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批

1993	C01030600400006240730000011	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-32B	HYD-32B	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批
1994	C01030600400006240730000012	一次性柱状球囊前列腺扩裂导管	HYD-34B	HYD-34B	浙械注准20242142051	甲类	004-导管类	否			是	331201007	经尿道前列腺气囊扩张术		气囊导管	气囊导管	产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。	产品由四腔导管、主管套管、外囊、内囊组成。其中四腔导管 包括导管主体、导丝腔和导丝腔接头、外囊腔和两个内囊腔、 鲁尔接头以及	通过			第11批

1995	C01050602100001238820000001	一次性使用陡脉冲消融针	ф1.0x15.0mm	NPA-DJ01	国械注准20243092384	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	该产品在医疗机构使用，与本公司生产的陡脉冲治疗设备（型号：NPA-LC01）配合使用，用于肝脏恶性实体肿瘤的消融。	该产品由一次性使用陡脉冲消融针及连接线组成。	通过			第11批

1996	C01050602100001238820000002	一次性使用陡脉冲消融针	ϕ1.0x20.0mm	NPA-DJ01	国械注准20243092384	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	该产品在医疗机构使用，与本公司生产的陡脉冲治疗设备（型号：NPA-LC01）配合使用，用于肝脏恶性实体肿瘤的消融。	该产品由一次性使用陡脉冲消融针及连接线组成。	通过			第11批

1997	C07060114401003040360000113	定制式义齿	郑州艾特功能合金材料开发有限公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

1998	C07060114402001040360000008	定制式义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

1999	C07060114402002040360000033	定制式义齿	（弹性基托小胶托排牙）活动式	活动式	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2000	C07060114402003040360000008	定制式义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2001	C07060114405001040360000002	定制式义齿	威兰德牙科科技公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2002	C07060114405001040360000003	定制式义齿	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2003	C07060114405001040360000006	定制式义齿	丹特迪瑞有限公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2004	C07060114405001040360000007	定制式义齿	3M 德国公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2005	C07060114405001040360000011	定制式义齿	德固丹特公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2006	C07060114405001040360000015	定制式义齿	阿曼吉尔巴赫股份有限公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2007	C07060114405001040360000038	定制式义齿	登士柏国际瓷美克公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2008	C07060114405001040360000040	定制式义齿	东莞市翔通光电技术有限公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2009	C07060114405003040360000013	定制式义齿	上海傲丹特生物材料有限公司	/	皖械注准20192170172	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	固定式义齿适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复；活动式义齿适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	该产品由已注册医用口腔材料根据人体牙模定制而成，固定式义齿由固定位、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的上部结构，患者不能自行取戴；活动式义齿包括由人工牙与基托组成的全口义齿和由固定体、连接体、人工牙、基托	通过			第11批

2010	C14100118900001101680000053	一次性使用气管插管套件	7.5	增强01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2011	C14100118900001101680000092	一次性使用气管插管套件	6.0	普通06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2012	C14100118900001101680000118	一次性使用气管插管套件	7.5	普通02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2013	C14100118900001101680000143	一次性使用气管插管套件	8.0	普通01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2014	C14100118900001101680000205	一次性使用气管插管套件	6.5	普通02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2015	C14100118900001101680000222	一次性使用气管插管套件	6.0	增强02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2016	C14100118900001101680000230	一次性使用气管插管套件	7.5	普通01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2017	C14100118900001101680000253	一次性使用气管插管套件	8.0	增强01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2018	C14100118900001101680000259	一次性使用气管插管套件	8.0	普通02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2019	C14100118900001101680000297	一次性使用气管插管套件	6.0	增强06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2020	C14100118900001101680000343	一次性使用气管插管套件	8.0	普通06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2021	C14100118900001101680000471	一次性使用气管插管套件	7.0	普通01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2022	C14100118900001101680000476	一次性使用气管插管套件	7.5	普通06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2023	C14100118900001101680000478	一次性使用气管插管套件	7.5	增强02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2024	C14100118900001101680000487	一次性使用气管插管套件	7.0	增强06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2025	C14100118900001101680000511	一次性使用气管插管套件	8.0	增强06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2026	C14100118900001101680000538	一次性使用气管插管套件	8.0	增强02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2027	C14100118900001101680000557	一次性使用气管插管套件	6.0	增强01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2028	C14100118900001101680000558	一次性使用气管插管套件	6.5	普通01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2029	C14100118900001101680000571	一次性使用气管插管套件	7.0	普通06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2030	C14100118900001101680000575	一次性使用气管插管套件	6.0	普通01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2031	C14100118900001101680000604	一次性使用气管插管套件	6.5	普通06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2032	C14100118900001101680000608	一次性使用气管插管套件	6.5	增强02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2033	C14100118900001101680000637	一次性使用气管插管套件	7.0	增强02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2034	C14100118900001101680000639	一次性使用气管插管套件	7.5	增强06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2035	C14100118900001101680000715	一次性使用气管插管套件	6.5	增强01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2036	C14100118900001101680000747	一次性使用气管插管套件	7.0	普通02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2037	C14100118900001101680000791	一次性使用气管插管套件	6.0	普通02型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2038	C14100118900001101680000811	一次性使用气管插管套件	7.0	增强01型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2039	C14100118900001101680000822	一次性使用气管插管套件	6.5	增强06型	豫械注准20182080280		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	结构及组成由“本产品由基本配置和选用配置组成。普通型由基本配置一次性使用气管插管（普通型）、一次性使用吸痰管、一次性使用吸引管、一次性使用医用橡胶检查手套和选用配置一次性使用配药用注射器、医用脱脂纱布块、口垫、石蜡棉球、咬口、一次性使用口咽通气道、一次性使用	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
2040	C14020118200000048180000006	一次性使用气切雾化器	成人	气切型	豫械注准20182080187	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	该产品供医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗时一次性使用。	接头、导管、雾化杯、波纹管、面罩接头、气切面罩、固定带、吸管。	通过			第11批

2041	C14100118900001048180000003	一次性气道导管麻醉联合包	6.5	普通型	豫械注准20182080189		189-麻醉套包类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	双腔管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由基本配置：一次性使用气管插管；选配配置：一次性使用体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、口咽通气道、牙垫、口垫、一次性使用灭菌橡胶外科手套、导丝、医用透气胶带、一次性使用配药注射器、一次性使用麻醉咽喉镜片、医用脱脂纱	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
2042	C14100118900001048180000004	一次性气道导管麻醉联合包	7.0	普通型	豫械注准20182080189		189-麻醉套包类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	双腔管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由基本配置：一次性使用气管插管；选配配置：一次性使用体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、口咽通气道、牙垫、口垫、一次性使用灭菌橡胶外科手套、导丝、医用透气胶带、一次性使用配药注射器、一次性使用麻醉咽喉镜片、医用脱脂纱	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2043	C14020118200000048180000007	一次性使用气流雾化器	成人	混合型	豫械注准20182080201	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	该产品供医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗时一次性使用。	面罩型由基本配置导管、接头、雾化杯、面罩、固定带，选配配置面罩接头、固定夹、波纹管组成； 口含型由基本配置导管、接头、雾化杯、咬嘴，选配配置三通、波纹管组成；混合型由基本配置导管、接头、雾化杯、面罩、固定带、咬嘴，选配配置面罩接头、固定夹、三通、波纹管组	通过			第11批

2044	C14020118200000048180000008	一次性使用气流雾化器	儿童	混合型	豫械注准20182080201	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	该产品供医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗时一次性使用。	面罩型由基本配置导管、接头、雾化杯、面罩、固定带，选配配置面罩接头、固定夹、波纹管组成； 口含型由基本配置导管、接头、雾化杯、咬嘴，选配配置三通、波纹管组成；混合型由基本配置导管、接头、雾化杯、面罩、固定带、咬嘴，选配配置面罩接头、固定夹、三通、波纹管组	通过			第11批

2045	C14020200000000048180000015	一次性使用麻醉呼吸管路	成人(1.6米)	加强筋积水杯型	豫械注准20182080202	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	用于麻醉机、呼吸机接口与面罩的管路连接。	普通型、加强筋型、可伸缩型由Ⅰ型转换接头、Y形件、管路、机器端接头组成； 普通防护型、加强筋防护型、可伸缩防护型由Ⅰ型转换接头（选配）、Ⅱ型转换接头、Y形件、管路、机器端接头组成；普通积水杯型、加强筋积水杯型由Ⅰ型转换接头、Y形件、管路、机器端接头、积水杯组成；	通过			第11批
2046	C14020226600013048180000016	一次性使用湿化鼻氧管	鼻氧管：大，容量200ml	BI型	豫械注准20182080631		266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	适应于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	A型由输氧管、鼻塞组成；B型由湿化瓶、湿化液（注射用水或纯化水）、输氧管、鼻	不通过	含湿化瓶		第11批

2047	C14020226500012048180000001	一次性使用清创缝合换药包	无	换药型	豫械注准20182140185		265-清创护理材类	否			是	310510007.40	口腔局部止血(缝合)		特殊填塞或止血材料	特殊填塞或止血材料	本产品供医院外科换药使用。	缝合型：医用纱布块、一次性使用医用橡胶检查手套、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用镊、见到、一次性使用无菌孔巾、医用棉球、碘伏棉球、医用酒精棉球、无菌手术刀片、医用包布、物品盒、一次性使用治疗巾、医用灭菌自黏式伤口贴、医用棉签、透气胶带、医用纱布绷带；换药	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2048	C14020226500012048180000002	一次性使用清创缝合换药包	无	缝合型	豫械注准20182140185		265-清创护理材类	否			是	310510007.40	口腔局部止血(缝合)		特殊填塞或止血材料	特殊填塞或止血材料	本产品供医院外科换药使用。	缝合型：医用纱布块、一次性使用医用橡胶检查手套、医用缝合针、非吸收性外科缝线、医用镊、见到、一次性使用无菌孔巾、医用棉球、碘伏棉球、医用酒精棉球、无菌手术刀片、医用包布、物品盒、一次性使用治疗巾、医用灭菌自黏式伤口贴、医用棉签、透气胶带、医用纱布绷带；换药	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2049	C14190119700000048180000015	一次性使用宫腔组织吸引管套件	7#	标准型	豫械注准20182180652		197-吸引材料类	否			是	311201053	人工流产术	含宫颈扩张	套装式一次性宫腔组织吸引管	套装式一次性宫腔组织吸引管	供临床与吸引器配合，吸取宫腔内组织用。	简装型：1根一次性使用吸引管、1根子宫探针、1根宫颈扩张棒组成。标准型：2根一次性使用吸引管、1根子宫探针、2根宫颈扩张棒组成。精装型：一次性使用吸引管、子宫探针、宫颈扩张棒、子宫颈钳、镊子、医用棉垫、一次性使用医用橡胶检查手套、医用脱脂纱布叠片、一次性使用手术洞巾	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
2050	C14171101000000048180000155	一次性使用冲吸器	5mm*420mm	5mm*420mm	豫械注准20212020532	丙类	010-管路类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	供临床用于冲洗组织或吸液。	本产品由穿刺头、接头、止流夹、导管、控制阀、不锈钢管体和护帽组成	通过			第11批
2051	C14171101000000048180000030	一次性使用吸引头、管	吸引头:F26、吸引管：150cm	Ⅰ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成	通过			第11批
2052	C14171101000000048180000036	一次性使用吸引头、管	吸引头:球头、吸引管：200cm	Ⅱ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成	通过			第11批
2053	C14171101000000048180000040	一次性使用吸引头、管	吸引头:F30、吸引管：150cm	Ⅰ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成	通过			第11批
2054	C14171101000000048180000044	一次性使用吸引头、管	吸引头:F30、吸引管：170cm	Ⅰ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批

2055	C14171101000000048180000047	一次性使用吸引头、管	吸引头:平头、吸引管：170cm	Ⅱ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批
2056	C14171101000000048180000056	一次性使用吸引头、管	吸引头:F26、吸引管：220cm	Ⅰ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批
2057	C14171101000000048180000060	一次性使用吸引头、管	吸引头:球头、吸引管：150cm	Ⅱ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批
2058	C14171101000000048180000063	一次性使用吸引头、管	吸引头:F30、吸引管：200cm	Ⅰ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批
2059	C14171101000000048180000069	一次性使用吸引头、管	吸引头:F26、吸引管：200cm	Ⅰ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批
2060	C14171101000000048180000073	一次性使用吸引头、管	吸引头:F30、吸引管：220cm	Ⅰ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批
2061	C14171101000000048180000077	一次性使用吸引头、管	吸引头:平头、吸引管：150cm	Ⅱ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批
2062	C14171101000000048180000093	一次性使用吸引头、管	吸引头:平头、吸引管：200cm	Ⅱ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批
2063	C14171101000000048180000126	一次性使用吸引头、管	吸引头:F26、吸引管：170cm	Ⅰ型	豫械注准20212020534	丙类	010-管路类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	供临床手术时吸引残液用。	本产品由吸引头和选配连接管组成。	通过			第11批

2064	C14171503500000048180000035	一次性使用负压引流球	容量100ml，管径Fr16	/	豫械注准20212140530	甲类	035-引流装置类	否			是	ACBK0001	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾倒引流液，观察患者生命体征，预	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	供体表创伤或切口引流用。	由球体、上盖、吸液口、下盖、单向阀、吊带、引流管组成。	通过			第11批

2065	C14171503500000048180000041	一次性使用负压引流球	容量200ml，管径Fr16	/	豫械注准20212140530	甲类	035-引流装置类	否			是	ACBK0001	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾倒引流液，观察患者生命体征，预	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	供体表创伤或切口引流用。	由球体、上盖、吸液口、下盖、单向阀、吊带、引流管组成。	通过			第11批

2066	C14171101000000048180000140	一次性使用体外吸引连接管	170cm（含导管、接头）	170cm（含导管、接头）	豫械注准20212140533	丙类	010-管路类	否			是	HUE53406	宫腔观察吸引术	术前行宫颈预处理，消毒铺巾，放置窥器，暴露宫颈，消毒阴道及宫颈，探测宫腔深度，扩宫器依次扩张宫颈后，置入合适型号的一次性摄像吸引管。通过一次性摄像吸引管前端摄像头直视定位观察宫颈、宫颈管和宫腔内组织(宫腔内膜、内膜息肉、孕囊组织等)，采集图片或视频。再	一次性摄像吸引管	一次性摄像吸引管	与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。	导管、接头组成。	通过			第11批

2067	C14171101000000048180000142	一次性使用体外吸引连接管	200cm（含导管、接头）	200cm（含导管、接头）	豫械注准20212140533	丙类	010-管路类	否			是	HUE53406	宫腔观察吸引术	术前行宫颈预处理，消毒铺巾，放置窥器，暴露宫颈，消毒阴道及宫颈，探测宫腔深度，扩宫器依次扩张宫颈后，置入合适型号的一次性摄像吸引管。通过一次性摄像吸引管前端摄像头直视定位观察宫颈、宫颈管和宫腔内组织(宫腔内膜、内膜息肉、孕囊组织等)，采集图片或视频。再	一次性摄像吸引管	一次性摄像吸引管	与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。	导管、接头组成。	通过			第11批

2068	C14171101000000048180000145	一次性使用体外吸引连接管	150cm（含导管、接头）	150cm（含导管、接头）	豫械注准20212140533	丙类	010-管路类	否			是	HUE53406	宫腔观察吸引术	术前行宫颈预处理，消毒铺巾，放置窥器，暴露宫颈，消毒阴道及宫颈，探测宫腔深度，扩宫器依次扩张宫颈后，置入合适型号的一次性摄像吸引管。通过一次性摄像吸引管前端摄像头直视定位观察宫颈、宫颈管和宫腔内组织(宫腔内膜、内膜息肉、孕囊组织等)，采集图片或视频。再	一次性摄像吸引管	一次性摄像吸引管	与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。	导管、接头组成。	通过			第11批

2069	C14171101000000048180000146	一次性使用体外吸引连接管	220cm（含导管、接头）	220cm（含导管、接头）	豫械注准20212140533	丙类	010-管路类	否			是	HUE53406	宫腔观察吸引术	术前行宫颈预处理，消毒铺巾，放置窥器，暴露宫颈，消毒阴道及宫颈，探测宫腔深度，扩宫器依次扩张宫颈后，置入合适型号的一次性摄像吸引管。通过一次性摄像吸引管前端摄像头直视定位观察宫颈、宫颈管和宫腔内组织(宫腔内膜、内膜息肉、孕囊组织等)，采集图片或视频。再	一次性摄像吸引管	一次性摄像吸引管	与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。	导管、接头组成。	通过			第11批
2070	C14171503500000048180000049	一次性使用负压引流瓶	1500ml	普通型	豫械注准20212140536	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到收集引流废液的作用。	普通型、防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽组成。普通凝胶型、促凝胶防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽、凝胶剂	通过			第11批

2071	C14171503500000048180000054	一次性使用负压引流瓶	2000ml	普通型	豫械注准20212140536	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到收集引流废液的作用。	普通型、防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽组成。普通凝胶型、促凝胶防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽、凝胶剂	通过			第11批
2072	C14171503500000048180000056	一次性使用负压引流瓶	1000ml	普通型	豫械注准20212140536	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到收集引流废液的作用。	普通型、防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽组成。普通凝胶型、促凝胶防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽、凝胶剂	通过			第11批
2073	C14171503500000048180000059	一次性使用负压引流瓶	2000ml	普通凝胶型	豫械注准20212140536	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到收集引流废液的作用。	普通型、防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽组成。普通凝胶型、促凝胶防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽、凝胶剂	通过			第11批

2074	C14171503500000048180000061	一次性使用负压引流瓶	2000ml	促凝胶防逆流型	豫械注准20212140536	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到收集引流废液的作用。	普通型、防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽组成。普通凝胶型、促凝胶防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽、凝胶剂	通过			第11批
2075	C14171503500000048180000065	一次性使用负压引流瓶	3000ml	普通型	豫械注准20212140536	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到收集引流废液的作用。	普通型、防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽组成。普通凝胶型、促凝胶防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽、凝胶剂	通过			第11批
2076	C14171503500000048180000068	一次性使用负压引流瓶	2500ml	普通型	豫械注准20212140536	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到收集引流废液的作用。	普通型、防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽组成。普通凝胶型、促凝胶防逆流型由引流瓶瓶体、连接管、引流瓶盖子和帽、凝胶剂	通过			第11批

2077	C14120203500000048180000011	一次性使用引流袋	2500ml	精密一并联型	豫械注准20212141686	丙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	通常为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。	普通型：由排放阀、收集袋、挂管、导管、止流夹、接头、固定带（选配）组成。精密一并联型：由排放阀、收集袋、计量盒、挂管、导管、止流夹、接头、护帽、固定带（选配）组成。防逆流型：由排放阀、手机袋、吊孔、挂管、导管、止流夹、接头、护帽、固定带	通过			第11批

2078	C14120203500000048180000018	一次性使用引流袋	1000ml	普通型	豫械注准20212141686	丙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	通常为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。	普通型：由排放阀、收集袋、挂管、导管、止流夹、接头、固定带（选配）组成。精密一并联型：由排放阀、收集袋、计量盒、挂管、导管、止流夹、接头、护帽、固定带（选配）组成。防逆流型：由排放阀、手机袋、吊孔、挂管、导管、止流夹、接头、护帽、固定带	通过			第11批

2079	C14120203500000048180000027	一次性使用引流袋	1500ml	防逆流型	豫械注准20212141686	丙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	通常为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。	普通型：由排放阀、收集袋、挂管、导管、止流夹、接头、固定带（选配）组成。精密一并联型：由排放阀、收集袋、计量盒、挂管、导管、止流夹、接头、护帽、固定带（选配）组成。防逆流型：由排放阀、手机袋、吊孔、挂管、导管、止流夹、接头、护帽、固定带	通过			第11批

2080	C14020227100019048180000011	一次性使用导管固定装置	长（30-180）mm×宽（10-180）mm	G型	豫械注准20212141688	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于固定导管或其他器械于穿刺部位，接触创口，或敷料的次级固定。	A型：由离型纸、无纺布、压敏胶、PE膜、双面胶、尼龙粘扣、泡棉组成；B型：由离型纸、无纺布、压敏胶、PE膜、双面胶、尼龙粘扣组成；C型：由离型纸、压敏胶、PE膜、双面胶、尼龙粘扣组成；D型：由无纺布、压敏胶、离型纸组成；G型：由离型纸、无纺布、压敏胶、PE膜、双面胶、	通过			第11批

2081	C14170303501004048180000001	一次性使用腹腔引流管	20Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	ACBK0001	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾倒引流液，观察患者生命体征，预	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接头组成。	通过		限手术病人	第11批

2082	C14170303501004048180000002	一次性使用腹腔引流管	22Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	ACBK0001	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾倒引流液，观察患者生命体征，预	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接头组成。	通过		限手术病人	第11批
2083	C14170303501004048180000003	一次性使用腹腔引流管	24Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接	通过		限手术病人	第11批

2084	C14170303501004048180000004	一次性使用腹腔引流管	26Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	ACBK0001	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾倒引流液，观察患者生命体征，预	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接头组成。	通过		限手术病人	第11批
2085	C14170303501004048180000005	一次性使用腹腔引流管	28Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接	通过		限手术病人	第11批
2086	C14170303501004048180000006	一次性使用腹腔引流管	30Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接	通过		限手术病人	第11批
2087	C14170303501004048180000007	一次性使用腹腔引流管	32Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接	通过		限手术病人	第11批

2088	C14170303501004048180000013	一次性使用腹腔引流管	14Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接	通过		限手术病人	第11批
2089	C14170303501004048180000014	一次性使用腹腔引流管	16Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接	通过		限手术病人	第11批
2090	C14170303501004048180000015	一次性使用腹腔引流管	18Fr	D型	豫械注准20212141942	乙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于腹腔积液的引流	D型：外套导管，内导管（选配）、多功能接头、外导管、止流夹、喇叭接	通过		限手术病人	第11批
2091	C14171503500000048180000073	一次性使用负压引流器	1000ml	Ⅱ型	豫械注准20222140322	甲类	035-引流装置类	否			是	ACBK0001	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾倒引流液，观察患者生命体征，预	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。	Ⅰ型由器体、弹簧、塞头、连接管（选配）组成；Ⅱ型由器体、弹簧、塞头、调节器/止流夹、导管、接头组成。	通过			第11批

2092	C14171503500000048180000079	一次性使用负压引流器	1000ml	Ⅰ型	豫械注准20222140322	甲类	035-引流装置类	否			是	ACBK0001	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾倒引流液，观察患者生命体征，预	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。	Ⅰ型由器体、弹簧、塞头、连接管（选配）组成；Ⅱ型由器体、弹簧、塞头、调节器/止流夹、导管、接头组成。	通过			第11批
2093	C14020226700014048180000004	医用吸氧面罩	/	成人	豫械注准20242080339	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	吸氧面罩由罩体、转换接头、鼻夹（婴儿型无鼻夹）、供氧管、供氧管接头、固定带组成	通过			第11批
2094	C14020226700014048180000005	医用吸氧面罩	/	小儿	豫械注准20242080339	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	吸氧面罩由罩体、转换接头、鼻夹（婴儿型无鼻夹）、供氧管、供氧管接头、固定带组成	通过			第11批

2095	C14020226700014048180000006	医用吸氧面罩	/	婴儿	豫械注准20242080339	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	吸氧面罩由罩体、转换接头、鼻夹（婴儿型无鼻夹）、供氧管、供氧管接头、固定带组成	通过			第11批
2096	C01031101500003054590000007	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr35cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2097	C01031101500003054590000008	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr35cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2098	C01031101500003054590000009	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr35cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2099	C01031101500003054590000010	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr45cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2100	C01031101500003054590000011	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr45cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2101	C01031101500003054590000012	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr45cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2102	C01031101500003054590000015	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr35cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2103	C01031101500003054590000016	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr45cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2104	C01031101500003054590000019	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr35cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2105	C01031101500003054590000020	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr45cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2106	C01031101500003054590000023	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr35cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2107	C01031101500003054590000024	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr45cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2108	C01031101500003054590000076	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr50cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2109	C01031101500003054590000077	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr52cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2110	C01031101500003054590000078	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr55cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2111	C01031101500003054590000079	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr50cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2112	C01031101500003054590000080	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr55cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2113	C01031101500003054590000081	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr55cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2114	C01031101500003054590000082	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr52cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2115	C01031101500003054590000083	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr42cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2116	C01031101500003054590000084	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr52cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2117	C01031101500003054590000085	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr42cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2118	C01031101500003054590000086	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr55cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2119	C01031101500003054590000087	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr40cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2120	C01031101500003054590000088	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr40cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2121	C01031101500003054590000089	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr55cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2122	C01031101500003054590000090	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr52cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2123	C01031101500003054590000091	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr40cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2124	C01031101500003054590000092	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr55cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2125	C01031101500003054590000093	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr55cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2126	C01031101500003054590000094	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr42cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2127	C01031101500003054590000095	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr40cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2128	C01031101500003054590000096	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr52cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2129	C01031101500003054590000097	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr52cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2130	C01031101500003054590000098	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr40cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2131	C01031101500003054590000099	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr40cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2132	C01031101500003054590000100	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr42cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2133	C01031101500003054590000101	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr52cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2134	C01031101500003054590000102	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr42cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2135	C01031101500003054590000103	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr52cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2136	C01031101500003054590000104	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr50cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2137	C01031101500003054590000105	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr42cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2138	C01031101500003054590000106	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr55cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2139	C01031101500003054590000107	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr50cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2140	C01031101500003054590000108	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr42cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2141	C01031101500003054590000109	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr40cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2142	C01031101500003054590000110	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr52cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2143	C01031101500003054590000111	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr42cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2144	C01031101500003054590000112	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr50cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2145	C01031101500003054590000113	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr50cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2146	C01031101500003054590000114	一次性使用输尿管导引鞘	12Fr50cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2147	C01031101500003054590000115	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr55cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2148	C01031101500003054590000116	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr55cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2149	C01031101500003054590000117	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr50cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2150	C01031101500003054590000118	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr40cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2151	C01031101500003054590000119	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr50cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2152	C01031101500003054590000120	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr42cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2153	C01031101500003054590000121	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr42cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2154	C01031101500003054590000122	一次性使用输尿管导引鞘	14Fr52cm	Y型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2155	C01031101500003054590000123	一次性使用输尿管导引鞘	13Fr50cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2156	C01031101500003054590000124	一次性使用输尿管导引鞘	11Fr40cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批
2157	C01031101500003054590000125	一次性使用输尿管导引鞘	10Fr40cm	直型	豫械注准20182020528	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管导引鞘由鞘管和扩张器组成。直型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（直型）组成。Y型输尿管导引鞘的鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽	通过			第11批

2158	C01031101500003054590000025	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr45cm	14Fr45cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2159	C01031101500003054590000026	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr45cm	12Fr45cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2160	C01031101500003054590000027	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr42cm	10Fr42cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2161	C01031101500003054590000028	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr52cm	14Fr52cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2162	C01031101500003054590000029	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr55cm	12Fr55cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2163	C01031101500003054590000031	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr35cm	14Fr35cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2164	C01031101500003054590000033	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr35cm	10Fr35cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2165	C01031101500003054590000034	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr45cm	10Fr45cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2166	C01031101500003054590000035	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr55cm	10Fr55cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2167	C01031101500003054590000038	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr42cm	12Fr42cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2168	C01031101500003054590000040	一次性使用输尿管负压导引鞘	10Fr52cm	10Fr52cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2169	C01031101500003054590000041	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr52cm	12Fr52cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2170	C01031101500003054590000042	一次性使用输尿管负压导引鞘	12Fr35cm	12Fr35cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2171	C01031101500003054590000043	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr55cm	14Fr55cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2172	C01031101500003054590000044	一次性使用输尿管负压导引鞘	14Fr42cm	14Fr42cm	豫械注准20232020100	丙类	015-鞘管类	否			是	311000022	经皮输尿管内管置入术		导管	导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用输尿管负压导引鞘由鞘管、扩张器组成，鞘管由鞘管管体、鞘管接头（Y型）、密封帽组成。鞘管管体由采用尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢制成，鞘管接头（Y型）由聚碳酸酯制成，密封帽由硅胶制成；扩张器管体由聚乙烯制成，扩张器接头由聚丙烯制成。导引鞘鞘管表面有亲水润滑涂	通过			第11批

2173	C14250700400000054590000003	一次性使用气管插管套件	7.5#	III型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

2174	C14250700400000054590000005	一次性使用气管插管套件	7.5#	V型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2175	C14250700400000054590000006	一次性使用气管插管套件	5.5#	I型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批
2176	C14250700400000054590000007	一次性使用气管插管套件	6.0#	V型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2177	C14250700400000054590000009	一次性使用气管插管套件	7.0#	V型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2178	C14250700400000054590000012	一次性使用气管插管套件	5.0#	V型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2179	C14250700400000054590000013	一次性使用气管插管套件	7.0#	VI型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2180	C14250700400000054590000014	一次性使用气管插管套件	8.0#	II型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2181	C14250700400000054590000016	一次性使用气管插管套件	5.5#	IV型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批
2182	C14250700400000054590000017	一次性使用气管插管套件	5.0#	IV型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2183	C14250700400000054590000023	一次性使用气管插管套件	6.5#	II型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2184	C14250700400000054590000024	一次性使用气管插管套件	7.0#	II型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2185	C14250700400000054590000025	一次性使用气管插管套件	7.0#	IV型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2186	C14250700400000054590000026	一次性使用气管插管套件	6.5#	IV型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2187	C14250700400000054590000034	一次性使用气管插管套件	7.0#	III型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2188	C14250700400000054590000036	一次性使用气管插管套件	8.0#	V型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2189	C14250700400000054590000040	一次性使用气管插管套件	8.0#	VI型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2190	C14250700400000054590000042	一次性使用气管插管套件	6.5#	VI型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2191	C14250700400000054590000044	一次性使用气管插管套件	5.5#	VI型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批
2192	C14250700400000054590000046	一次性使用气管插管套件	6.0#	VI型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2193	C14250700400000054590000047	一次性使用气管插管套件	8.0#	IV型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2194	C14250700400000054590000048	一次性使用气管插管套件	6.0#	III型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批
2195	C14250700400000054590000055	一次性使用气管插管套件	5.0#	VI型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2196	C14250700400000054590000056	一次性使用气管插管套件	6.0#	I型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批
2197	C14250700400000054590000057	一次性使用气管插管套件	7.0#	I型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2198	C14250700400000054590000061	一次性使用气管插管套件	8.0#	I型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2199	C14250700400000054590000062	一次性使用气管插管套件	7.5#	II型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2200	C14250700400000054590000066	一次性使用气管插管套件	5.5#	V型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批
2201	C14250700400000054590000070	一次性使用气管插管套件	5.0#	III型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2202	C14250700400000054590000072	一次性使用气管插管套件	6.5#	I型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2203	C14250700400000054590000073	一次性使用气管插管套件	5.0#	II型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批
2204	C14250700400000054590000074	一次性使用气管插管套件	5.5#	III型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2205	C14250700400000054590000076	一次性使用气管插管套件	7.5#	IV型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2206	C14250700400000054590000077	一次性使用气管插管套件	6.0#	IV型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2207	C14250700400000054590000078	一次性使用气管插管套件	6.5#	III型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2208	C14250700400000054590000079	一次性使用气管插管套件	5.5#	II型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2209	C14250700400000054590000081	一次性使用气管插管套件	8.0#	III型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2210	C14250700400000054590000082	一次性使用气管插管套件	7.5#	I型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2211	C14250700400000054590000087	一次性使用气管插管套件	6.0#	II型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2212	C14250700400000054590000090	一次性使用气管插管套件	6.5#	V型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批
2213	C14250700400000054590000093	一次性使用气管插管套件	5.0#	I型	豫械注准20242080844		004-导管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附页。	不通过	未见附页		第11批

2214	C14250700400000054590000095	一次性使用气管插管套件	7.5#	VI型	豫械注准20242080844	丙类	004-导管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管：包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	Ⅰ型由基本配置：气管插管（普通型）、医用纱布块和选用配置：一次性使用喉镜片、一次性使用吸痰管、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用口咽通气道、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用配药用注射器、石蜡棉球、气管插管引导丝、咬口、胶条、托盘、一次性使用包布组	通过			第11批

2215	C14170303503003063450000012	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-48	CYB-48	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2216	C14170303503003063450000044	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-42	CYB-42	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2217	C14170303503003063450000050	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-1	CYB-1	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2218	C14170303503003063450000058	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-30	CYB-30	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2219	C14170303503003063450000072	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-44	CYB-44	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2220	C14170303503003063450000077	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-105	CYB-105	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2221	C14170303503003063450000080	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-97	CYB-97	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2222	C14170303503003063450000081	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-86	CYB-86	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2223	C14170303503003063450000091	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-31	CYB-31	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2224	C14170303503003063450000093	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-93	CYB-93	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2225	C14170303503003063450000098	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-3	CYB-3	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2226	C14170303503003063450000108	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-131	CYB-131	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2227	C14170303503003063450000122	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-106	CYB-106	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2228	C14170303503003063450000127	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-76	CYB-76	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2229	C14170303503003063450000131	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-98	CYB-98	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2230	C14170303503003063450000139	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-56	CYB-56	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2231	C14170303503003063450000141	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-63	CYB-63	豫械注准20252020217	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过		限手术病人	第11批

2232	C16040102600002063450000005	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-12	CYB-12	豫械注准20252020217	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过			第11批

2233	C16040102600002063450000007	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-14	CYB-14	豫械注准20252020217	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过			第11批

2234	C16040102600002063450000008	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-15	CYB-15	豫械注准20252020217	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过			第11批

2235	C16040102600002063450000009	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-16	CYB-16	豫械注准20252020217	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过			第11批

2236	C16040102600002063450000011	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-18	CYB-18	豫械注准20252020217	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过			第11批

2237	C16040102600002063450000016	一次性使用腹腔穿刺引流导管套件	CYB-21	CYB-21	豫械注准20252020217	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	适用于腹腔镜检查和手术中的穿刺引流。	由一次性使用腹腔镜穿刺器和医用体外引流器两个组件组成。	通过			第11批
2238	C14230220300008218850000001	一次性使用人体静脉血样采集容器	20mL	富血小板血浆（PRP）管	豫械注准20232222021	丙类	203-采血管类	否			是	310800029	富血小板血浆（PRP）治疗术	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，抽取患者自身血液，注入离心管内，将离心管放入专用离心机内进行分离，分离出富血小板血浆（PRP）。	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	本产品与一次性使用无菌静脉采血针以及持针器/套筒(适用时)配合使用，用于静脉血样采集、贮存、转运：采集的静脉血样，用于临床检验用富血小板血浆的分离。	由试管(玻璃材质)、头盖、添加剂(酸钠)、附加物(分离胶)和标签组成。管内预设真空，腔内无菌。	通过			第11批

2239	C14230220300008218850000002	一次性使用人体静脉血样采集容器	10mL	富血小板血浆（prp）管	豫械注准20232222021	丙类	203-采血管类	否			是	310800029	富血小板血浆（PRP）治疗术	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，抽取患者自身血液，注入离心管内，将离心管放入专用离心机内进行分离，分离出富血小板血浆（PRP）。	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	本产品与一次性使用无菌静脉采血针以及持针器/套筒(适用时)配合使用，用于静脉血样采集、贮存、转运:采集的静脉血样，用于临床检验用富血小板血浆的分离。	由试管(玻璃材质)、头盖、添加剂(酸钠)、附加物(分离胶)和标签组成。管内预设真空，腔内无菌。	通过			第11批
2240	C14230220300008218850000003	一次性使用人体静脉血样采集容器	8mL	富血小板血浆（PRP）管	豫械注准20232222021	丙类	203-采血管类	否			是	310800029	富血小板血浆（PRP）治疗术	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，抽取患者自身血液，注入离心管内，将离心管放入专用离心机内进行分离，分离出富血小板血浆（PRP）。	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	本产品与一次性使用无菌静脉采血针以及持针器/套筒(适用时)配合使用，用于静脉血样采集、贮存、转运:采集的静脉血样，用于临床检验用富血小板血浆的分离。	由试管(玻璃材质)、头盖、添加剂(酸钠)、附加物(分离胶)和标签组成。管内预设真空，腔内无菌。	通过			第11批

2241	C14250120900000059770000426	加强型气管插管	10.0（PVC套囊型）	PVC套囊型	豫械注准20212081408		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	加固气管	本产品适用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。	PVC套囊型和TPU套囊型气管插管由管体、套囊、接头、充气装置、导芯组成；无套囊型气管插管由管体、接头、导芯组成；超滑型气管插管由管体、套囊、接头、充气装置、涂层、导芯组成；其中管体由薄壁管、弹簧组成；充气装置由单向阀、指示球囊、	不通过	加固气管是通过其组成成分来增强加固能力，但本耗材结构未见其成分。		第11批

2242	C14250120900000059770000699	气管插管	9.5	有套囊型	豫械注准20222080453		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	加固气管	适用于临床人体建立临时呼吸通道时使用。	气管插管由基本配置和选配配置组成；有套囊型气管插管基本配置为管体、套囊、充气装置、接头，充气装置由充气管、指示球囊、单向阀组成，选配配置为导芯；无套囊型气管插管基本配置为管体、接头，选配配置为导芯；有套囊软头端型气管插管基本配置为管体、软头端、套囊、	不通过	加固气管是通过其组成成分来增强加固能力，但本耗材结构未见其成分。		第11批
2243	C14250120900000059770000466	超滑气管插管	3.5（有导芯）	加强型	豫械注准20222080609		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	加固气管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	普通型插管由接头、单向阀、指示球囊、充气管、管体、套囊、墨菲孔、涂层、导芯（若有）组成；加强型插管由接头、单向阀、指示球囊、充气管、不锈钢管丝管体、套囊、墨菲孔、涂层、导芯（若有）	不通过	加固气管是通过其组成成分来增强加固能力，但本耗材结构未见其成分。		第11批

2244	C14250120900000059770000487	超滑气管插管	4.5（有导芯）	加强型	豫械注准20222080609		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	加固气管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	普通型插管由接头、单向阀、指示球囊、充气管、管体、套囊、墨菲孔、涂层、导芯（若有）组成；加强型插管由接头、单向阀、指示球囊、充气管、不锈钢管丝管体、套囊、墨菲孔、涂层、导芯（若有、	不通过	加固气管是通过其组成成分来增强加固能力，但本耗材结构未见其成分。		第11批
2245	C14010418100002013890000001	宫腔形宫内节育器	20mm	小号	国械注准20143181850	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品放置于育龄期妇女子宫腔内作避孕用	该节育器由节育器和一次性使用放置器组成。节育器采用06Cr19Ni10不锈钢材料、99.98%高导无氧铜丝制成，一次性使用放置器由叉头、定位块、放置管和推杆组成，材料均为聚丙烯。铜表面积为220平方毫米（允差＋10%，-5%）。产品经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。	通过			第11批

2246	C14010418100002013890000002	宫腔形宫内节育器	22mm	中号	国械注准20143181850	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品放置于育龄期妇女子宫腔内作避孕用	该节育器由节育器和一次性使用放置器组成。节育器采用06Cr19Ni10不锈钢材料、99.98%高导无氧铜丝制成，一次性使用放置器由叉头、定位块、放置管和推杆组成，材料均为聚丙烯。铜表面积为220平方毫米（允差＋10%，-5%）。产品经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。	通过			第11批

2247	C14010418100002013890000003	宫腔形宫内节育器	24mm	大号	国械注准20143181850	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品放置于育龄期妇女子宫腔内作避孕用	该节育器由节育器和一次性使用放置器组成。节育器采用06Cr19Ni10不锈钢材料、99.98%高导无氧铜丝制成，一次性使用放置器由叉头、定位块、放置管和推杆组成，材料均为聚丙烯。铜表面积为220平方毫米（允差＋10%，-5%）。产品经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。	通过			第11批
2248	C14010418100002013890000004	Vcu宫内节育器	26mm	中号	国械注准20193181940	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品放置于妇女子宫腔内作避孕用	该产品由节育器和放置器构成。节育器采用0Cr18Ni9不锈钢材料、99.98%高导无氧铜丝和硅橡胶管制成。铜表面积为280平方毫米(允差＋10%，-5%)。产品经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年	通过			第11批

2249	C14010418100002013890000005	Vcu宫内节育器	28mm	大号	国械注准20193181940	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品放置于妇女子宫腔内作避孕用	该产品由节育器和放置器构成。节育器采用0Cr18Ni9不锈钢材料、99.98%高导无氧铜丝和硅橡胶管制成。铜表面积为280平方毫米(允差＋10%，-5%)。产品经环氧乙烷灭菌，无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年	通过			第11批
2250	C14060100500002045000000197	一次性多功能手术解剖器	长度：160mm(不锈钢)	BK/D-BI	鄂械注准20222013668	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10．消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	该产品用于非内窥镜外科手术，该产品作为高频手术设备附件，与高频手术设备或吸引器配套使用，可供手术时对人体组织进行切割、消融、凝血、剥离、吸引。	一次性多功能手术解剖器分为单极解剖器和双极解剖器两大类。单极解剖器主要由电极、绝缘套管、塑料柄部、功能管、吸引管接头、手控按钮开关、电缆线、插头组成。双极解剖主要由镊插、固定座、镊体、绝缘层、电极、电缆线、插头、滴水管组成。经环氧乙烷灭菌，	通过			第11批

2251	C14170303503001059420000003	一次性使用负压引流导管	SY-12Fr(E)	SY型	鄂械注准20182142536	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流导管	供体表创伤或临床切口引流用。	本产品主要由引流导管、引流球、引导针及引导针护套、引流袋组配而成。各组件组配方式有以下8种：A（引流导管）、B（引流导管+引导针及引导针护套）、C（引流导管+引流球）、D（引流导管+引流袋）、E（引流导管+引导针及引导针护套+引流球）、F（引流导管+引导针及引导针	通过		限手术病人	第11批

2252	C14170303503001059420000008	一次性使用负压引流导管	SY-18Fr(E)	SY型	鄂械注准20182142536	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流导管	供体表创伤或临床切口引流用。	本产品主要由引流导管、引流球、引导针及引导针护套、引流袋组配而成。各组件组配方式有以下8种：A（引流导管）、B（引流导管+引导针及引导针护套）、C（引流导管+引流球）、D（引流导管+引流袋）、E（引流导管+引导针及引导针护套+引流球）、F（引流导管+引导针及引导针	通过		限手术病人	第11批

2253	C14170303503001059420000021	一次性使用负压引流导管	SY-22Fr(E)	SY型	鄂械注准20182142536	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流导管	供体表创伤或临床切口引流用。	本产品主要由引流导管、引流球、引导针及引导针护套、引流袋组配而成。各组件组配方式有以下8种：A（引流导管）、B（引流导管+引导针及引导针护套）、C（引流导管+引流球）、D（引流导管+引流袋）、E（引流导管+引导针及引导针护套+引流球）、F（引流导管+引导针及引导针	通过		限手术病人	第11批

2254	C14170303503001059420000022	一次性使用负压引流导管	SY-14Fr(E)	SY型	鄂械注准20182142536	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流导管	供体表创伤或临床切口引流用。	本产品主要由引流导管、引流球、引导针及引导针护套、引流袋组配而成。各组件组配方式有以下8种：A（引流导管）、B（引流导管+引导针及引导针护套）、C（引流导管+引流球）、D（引流导管+引流袋）、E（引流导管+引导针及引导针护套+引流球）、F（引流导管+引导针及引导针	通过		限手术病人	第11批

2255	C14170303503001059420000030	一次性使用负压引流导管	SY-16Fr(E)	SY型	鄂械注准20182142536	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流导管	供体表创伤或临床切口引流用。	本产品主要由引流导管、引流球、引导针及引导针护套、引流袋组配而成。各组件组配方式有以下8种：A（引流导管）、B（引流导管+引导针及引导针护套）、C（引流导管+引流球）、D（引流导管+引流袋）、E（引流导管+引导针及引导针护套+引流球）、F（引流导管+引导针及引导针	通过		限手术病人	第11批

2256	C14170303503001059420000033	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-26Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2257	C14170303503001059420000034	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-24Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2258	C14170303503001059420000035	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-22Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2259	C14170303503001059420000036	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-20Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2260	C14170303503001059420000038	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-08Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2261	C14170303503001059420000041	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-15Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2262	C14170303503001059420000042	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-08Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2263	C14170303503001059420000043	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-22Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2264	C14170303503001059420000044	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-28Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2265	C14170303503001059420000047	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-08Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2266	C14170303503001059420000048	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-24Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2267	C14170303503001059420000049	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-20Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2268	C14170303503001059420000050	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-22Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2269	C14170303503001059420000051	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-26Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2270	C14170303503001059420000052	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-15Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2271	C14170303503001059420000054	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-10Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2272	C14170303503001059420000055	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-12Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2273	C14170303503001059420000056	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-30Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2274	C14170303503001059420000057	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-26Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2275	C14170303503001059420000059	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-30Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2276	C14170303503001059420000060	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-18Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2277	C14170303503001059420000062	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-14Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2278	C14170303503001059420000065	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-15Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2279	C14170303503001059420000066	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-12Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2280	C14170303503001059420000069	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-16Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2281	C14170303503001059420000070	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-12Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2282	C14170303503001059420000071	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-18Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2283	C14170303503001059420000072	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-16Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2284	C14170303503001059420000073	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-19Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2285	C14170303503001059420000074	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-16Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2286	C14170303503001059420000076	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-10Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2287	C14170303503001059420000077	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-19Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2288	C14170303503001059420000080	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-10Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2289	C14170303503001059420000083	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-28Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2290	C14170303503001059420000084	一次性使用负压引流导管及附件	A-LXD-19Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2291	C14170303503001059420000085	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-28Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2292	C14170303503001059420000086	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-30Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2293	C14170303503001059420000089	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSD-24Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2294	C14170303503001059420000091	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-18Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2295	C14170303503001059420000092	一次性使用负压引流导管及附件	A-KND-14Fr	A型	鄂械注准20222143939	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过		限手术病人	第11批

2296	C14171503500000059420000338	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-16Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2297	C14171503500000059420000340	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-28Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2298	C14171503500000059420000345	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-20Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2299	C14171503500000059420000346	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-19Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2300	C14171503500000059420000347	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-22Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2301	C14171503500000059420000353	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-26Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2302	C14171503500000059420000355	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-14Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2303	C14171503500000059420000360	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-24Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2304	C14171503500000059420000362	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-15Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2305	C14171503500000059420000363	一次性使用负压引流导管及附件	A-WSS-18Fr	A型	鄂械注准20222143939	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	本产品适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗。	本产品由引流导管与负压引流器（球型或风箱型）、引流袋和产品附件引导针、导管固定装置组配组成，其中引流导管主要为硅橡胶材质，负压引流器（球型）主要为硅橡胶材质，负压引流器（风箱型）主要为聚丙烯/聚乙烯材质；引导针为不锈钢材质；引流袋主要为聚氯乙烯材	通过			第11批

2306	C0207120730000207783000000 1	可视止血装置套件	CFS01	CFS01	鄂械注准20252145489	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于穿刺针或导管经股动脉或股静脉血管拔出后，对穿刺点闭合压迫止血用。	可视止血装置套件由可视压迫止血装置、止血愈创纱、垫枕(选配)组成。可视压迫止血装置由纺织布胶带、半球加压板、离型纸、胶粘贴、备用纺织布胶带、U型卡扣组成，其中纺织布胶带及备用纺织布胶带由棉丝（涤纶纤维）混纺纺织布和丙烯酸压敏胶制成，半球加压板使用聚碳酸酯（PC）	通过			第11批

2307	C02071207300002077830000002	可视止血装置套件	CFS02	CFS02	鄂械注准20252145489	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于穿刺针或导管经股动脉或股静脉血管拔出后，对穿刺点闭合压迫止血用。	可视止血装置套件由可视压迫止血装置、止血愈创纱、垫枕(选配)组成。可视压迫止血装置由纺织布胶带、半球加压板、离型纸、胶粘贴、备用纺织布胶带、U型卡扣组成，其中纺织布胶带及备用纺织布胶带由棉丝（涤纶纤维）混纺纺织布和丙烯酸压敏胶制成，半球加压板使用聚碳酸酯（PC）	通过			第11批

2308	C02071207300002077830000003	可视止血装置套件	CFS03	CFS03	鄂械注准20252145489	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于穿刺针或导管经股动脉或肢静脉血管拔出后，对穿刺点闭合压迫止血用。	可视止血装置套件由可视压迫止血装置、止血愈创纱、垫枕(选配)组成。可视压迫止血装置由纺织布胶带、半球加压板、离型纸、胶粘贴、备用纺织布胶带、U型卡扣组成，其中纺织布胶带及备用纺织布胶带由棉丝（涤纶纤维）混纺纺织布和丙烯酸压敏胶制成，半球加压板使用聚碳酸酯（PC）	通过			第11批

2309	C02071207300002077830000004	可视止血装置套件	CFS04	CFS04	鄂械注准20252145489	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于穿刺针或导管经股动脉或肢静脉血管拔出后，对穿刺点闭合压迫止血用。	可视止血装置套件由可视压迫止血装置、止血愈创纱、垫枕(选配)组成。可视压迫止血装置由纺织布胶带、半球加压板、离型纸、胶粘贴、备用纺织布胶带、U型卡扣组成，其中纺织布胶带及备用纺织布胶带由棉丝（涤纶纤维）混纺纺织布和丙烯酸压敏胶制成，半球加压板使用聚碳酸酯（PC）	通过			第11批

2310	C02071207300002077830000005	可视止血装置套件	CFS05	CFS05	鄂械注准20252145489	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于穿刺针或导管经股动脉或股静脉血管拔出后，对穿刺点闭合压迫止血用。	可视止血装置套件由可视压迫止血装置、止血愈创纱、垫枕(选配)组成。可视压迫止血装置由纺织布胶带、半球加压板、离型纸、胶粘贴、备用纺织布胶带、U型卡扣组成，其中纺织布胶带及备用纺织布胶带由棉丝（涤纶纤维）混纺纺织布和丙烯酸压敏胶制成，半球加压板使用聚碳酸酯（PC）	通过			第11批

2311	C03480610600000219250000001	超声骨动力系统刀头	CU-10	CU-10	鄂械注准20232014293	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品与Misonix INC.超声骨科动力系统（型号:E-BC06,软件发布版本号：A.A）配套使用，实现对骨组织的分裂功能。适用于骨科开放手术。	超声骨动力系统由刀头尖及连接杆组成，刀头尖分为切骨刀尖和磨骨刀尖	通过			第11批
2312	C03480610600000219250000002	超声骨动力系统刀头	CU-20	CU-20	鄂械注准20232014293	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品与Misonix INC.超声骨科动力系统（型号:E-BC06,软件发布版本号：A.A）配套使用，实现对骨组织的分裂功能。适用于骨科开放手术。	超声骨动力系统由刀头尖及连接杆组成，刀头尖分为切骨刀尖和磨骨刀尖	通过			第11批

2313	C03480610600000219250000003	超声骨动力系统刀头	CU-20B	CU-20B	鄂械注准20232014293	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品与Misonix INC.超声骨科动力系统（型号:E-BC06,软件发布版本号：A.A）配套使用，实现对骨组织的分裂功能。适用于骨科开放手术。	超声骨动力系统由刀头尖及连接杆组成，刀头尖分为切骨刀尖和磨骨刀尖	通过			第11批
2314	C03480610600000219250000004	超声骨动力系统刀头	PU-1	PU-1	鄂械注准20232014293	丙类	106-手术刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	产品与Misonix INC.超声骨科动力系统（型号:E-BC06,软件发布版本号：A.A）配套使用，实现对骨组织的分裂功能。适用于骨科开放手术。	超声骨动力系统由刀头尖及连接杆组成，刀头尖分为切骨刀尖和磨骨刀尖	通过			第11批

2315	C02071001500000004460001012	血管鞘组	7F-15cm？，J弯0.025″*45cm 导丝，皮肤切开器，带套管针	980701520	国械注准20163031291	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	适用于通过股动脉或桡动脉采用Seldinger术，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。	血管鞘组由导管鞘、扩张器和导丝组成，部分型号规格配有穿刺针、导引套管和皮肤切开器。部分导管鞘带有铂铱合金不透射线标记。导管鞘管身涂覆PVP亲水涂层，管身为三层结构，制造材料分别为聚四氟乙烯、不锈钢丝和嵌段聚酰胺。导管鞘其余部件制造材料为：座和端盖：尼龙；止血	通过			第11批

2316	C02062701500002004460000371	导引鞘	830409002	830409002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2317	C02062701500002004460000383	导引鞘	830509002	830509002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2318	C02062701500002004460000388	导引鞘	830707002	830707002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2319	C02062701500002004460000401	导引鞘	830407002	830407002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2320	C02062701500002004460000412	导引鞘	830709022	830709022	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2321	C02062701500002004460000415	导引鞘	830609022	830609022	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2322	C02062701500002004460000449	导引鞘	831005502	831005502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2323	C02062701500002004460000464	导引鞘	831207001	831207001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2324	C02062701500002004460000465	导引鞘	830808001	830808001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2325	C02062701500002004460000472	导引鞘	830807001	830807001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2326	C02062701500002004460000490	导引鞘	830704532	830704532	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2327	C02062701500002004460000501	导引鞘	830905002	830905002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2328	C02062701500002004460000502	导引鞘	830409001	830409001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2329	C02062701500002004460000514	导引鞘	831004001	831004001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2330	C02062701500002004460000522	导引鞘	831009001	831009001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2331	C02062701500002004460000527	导引鞘	830705501	830705501	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2332	C02062701500002004460000529	导引鞘	830606502	830606502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2333	C02062701500002004460000530	导引鞘	830505001	830505001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2334	C02062701500002004460000532	导引鞘	830705502	830705502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2335	C02062701500002004460000539	导引鞘	830904562	830904562	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2336	C02062701500002004460000546	导引鞘	831004502	831004502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2337	C02062701500002004460000567	导引鞘	830706502	830706502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2338	C02062701500002004460000570	导引鞘	830606001	830606001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2339	C02062701500002004460000572	导引鞘	830604531	830604531	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2340	C02062701500002004460000573	导引鞘	830605001	830605001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2341	C02062701500002004460000579	导引鞘	830608001	830608001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2342	C02062701500002004460000582	导引鞘	831205502	831205502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2343	C02062701500002004460000592	导引鞘	830805501	830805501	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2344	C02062701500002004460000595	导引鞘	830904002	830904002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2345	C02062701500002004460000596	导引鞘	830604582	830604582	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2346	C02062701500002004460000612	导引鞘	830805001	830805001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2347	C02062701500002004460000617	导引鞘	830705562	830705562	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2348	C02062701500002004460000621	导引鞘	830604542	830604542	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2349	C02062701500002004460000622	导引鞘	830604501	830604501	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2350	C02062701500002004460000635	导引鞘	830708001	830708001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2351	C02062701500002004460000637	导引鞘	830909001	830909001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2352	C02062701500002004460000639	导引鞘	830804501	830804501	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2353	C02062701500002004460000645	导引鞘	830704531	830704531	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2354	C02062701500002004460000648	导引鞘	830404002	830404002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2355	C02062701500002004460000657	导引鞘	830904502	830904502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2356	C02062701500002004460000661	导引鞘	830905001	830905001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2357	C02062701500002004460000672	导引鞘	830711002	830711002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2358	C02062701500002004460000677	导引鞘	830706002	830706002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2359	C02062701500002004460000689	导引鞘	830804002	830804002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2360	C02062701500002004460000702	导引鞘	831005501	831005501	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2361	C02062701500002004460000705	导引鞘	830811002	830811002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2362	C02062701500002004460000713	导引鞘	830809001	830809001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2363	C02062701500002004460000717	导引鞘	830610002	830610002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2364	C02062701500002004460000723	导引鞘	830411002	830411002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2365	C02062701500002004460000731	导引鞘	830509001	830509001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2366	C02062701500002004460000736	导引鞘	830907001	830907001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2367	C02062701500002004460000744	导引鞘	830411092	830411092	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2368	C02062701500002004460000745	导引鞘	830505502	830505502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2369	C02062701500002004460000750	导引鞘	830704002	830704002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2370	C02062701500002004460000751	导引鞘	830604002	830604002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2371	C02062701500002004460000756	导引鞘	831206002	831206002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2372	C02062701500002004460000765	导引鞘	830911002	830911002	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2373	C02062701500002004460000776	导引鞘	830905502	830905502	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2374	C02062701500002004460000784	导引鞘	831007001	831007001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2375	C02062701500002004460000786	导引鞘	830609001	830609001	国械注准20213030545	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2376	C02061800215007004460000028	外周球囊扩张导管	107150210	107150210	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2377	C02061800215007004460000038	外周球囊扩张导管	107300610	107300610	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2378	C0206180021500700446000041	外周球囊扩张导管	107250610	107250610	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2379	C02061800215007004460000064	外周球囊扩张导管	107600410	107600410	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2380	C0206180021500700446000009 7	外周球囊扩张导管	107201810	107201810	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2381	C02061800215007004460000146	外周球囊扩张导管	107200200	107200200	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2382	C02061800215007004460000149	外周球囊扩张导管	107400410	107400410	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2383	C0206180021500700446000015 2	外周球囊扩张导管	107300810	107300810	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2384	C02061800215007004460000172	外周球囊扩张导管	107250410	107250410	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2385	C0206180021500700446000017 3	外周球囊扩张导管	107252001	107252001	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2386	C02061800215007004460000190	外周球囊扩张导管	107300410	107300410	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2387	C0206180021500700446000021 1	外周球囊扩张导管	107500410	107500410	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2388	C02061800215007004460000213	外周球囊扩张导管	107200610	107200610	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2389	C02061800215007004460000231	外周球囊扩张导管	107250810	107250810	国械注准20223030263	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于扩张股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	外周球囊扩张导管采用整体交换型（OTW型）设计，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2390	C02061800215008004460000092	外周球囊扩张导管	10908080	10908080	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2391	C02061800215008004460000101	外周球囊扩张导管	10906122	10906122	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2392	C0206180021500800446000010 3	外周球囊扩张导管	10908060	10908060	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2393	C02061800215008004460000107	外周球囊扩张导管	10905081	10905081	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2394	C02061800215008004460000110	外周球囊扩张导管	10907152	10907152	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2395	C02061800215008004460000114	外周球囊扩张导管	10906102	10906102	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2396	C02061800215008004460000121	外周球囊扩张导管	10904082	10904082	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2397	C02061800215008004460000140	外周球囊扩张导管	10907042	10907042	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2398	C02061800215008004460000145	外周球囊扩张导管	10908040	10908040	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2399	C02061800215008004460000157	外周球囊扩张导管	10904062	10904062	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2400	C02061800215008004460000162	外周球囊扩张导管	10906081	10906081	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2401	C02061800215008004460000168	外周球囊扩张导管	10908042	10908042	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2402	C02061800215008004460000175	外周球囊扩张导管	10903082	10903082	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2403	C02061800215008004460000178	外周球囊扩张导管	10907040	10907040	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2404	C02061800215008004460000188	外周球囊扩张导管	10903122	10903122	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2405	C02061800215008004460000193	外周球囊扩张导管	10905082	10905082	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2406	C02061800215008004460000200	外周球囊扩张导管	10912062	10912062	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2407	C02061800215008004460000208	外周球囊扩张导管	10905122	10905122	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2408	C02061800215008004460000223	外周球囊扩张导管	10903081	10903081	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2409	C0206180021500800446000022 5	外周球囊扩张导管	10903042	10903042	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2410	C02061800215008004460000226	外周球囊扩张导管	10912042	10912042	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2411	C02061800215008004460000233	外周球囊扩张导管	10905062	10905062	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2412	C02061800215008004460000234	外周球囊扩张导管	10912040	10912040	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2413	C02061800215008004460000236	外周球囊扩张导管	10906080	10906080	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2414	C02061800215008004460000237	外周球囊扩张导管	10906042	10906042	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2415	C02061800215008004460000238	外周球囊扩张导管	10906041	10906041	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2416	C02061800215008004460000249	外周球囊扩张导管	10907081	10907081	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2417	C02061800215008004460000258	外周球囊扩张导管	10905042	10905042	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2418	C02061800215008004460000273	外周球囊扩张导管	10904042	10904042	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2419	C02061800215008004460000278	外周球囊扩张导管	10910042	10910042	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2420	C02061800215008004460000282	外周球囊扩张导管	10905102	10905102	国械注准20233030378	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉等外周血管中的狭窄部位扩张，还用于治疗自体或人工动静脉透析瘘管中的阻塞病变。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、导管管身和接头组成。导管管身远端表面涂覆有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2421	C02060500114014004460000001	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262110	TSG262110	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2422	C02060500114014004460000003	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282510	TSG282510	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2423	C02060500114014004460000005	胸主动脉覆膜支架系统	TSG303006	TSG303006	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2424	C02060500114014004460000008	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262606	TSG262606	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2425	C02060500114014004460000009	胸主动脉覆膜支架系统	TSG242410	TSG242410	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2426	C02060500114014004460000010	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282810	TSG282810	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2427	C02060500114014004460000011	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262610	TSG262610	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2428	C02060500114014004460000012	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383808	TSG383808	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2429	C02060500114014004460000014	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383810	TSG383810	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2430	C02060500114014004460000015	胸主动脉覆膜支架系统	TSG323206	TSG323206	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2431	C02060500114014004460000016	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363608	TSG363608	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2432	C02060500114014004460000017	胸主动脉覆膜支架系统	TSG404010	TSG404010	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2433	C02060500114014004460000018	胸主动脉覆膜支架系统	TSG333310	TSG333310	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2434	C02060500114014004460000019	胸主动脉覆膜支架系统	TSG353508	TSG353508	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2435	C02060500114014004460000020	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322910	TSG322910	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2436	C02060500114014004460000021	胸主动脉覆膜支架系统	TSG222206	TSG222206	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2437	C02060500114014004460000022	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282806	TSG282806	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2438	C02060500114014004460000023	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302510	TSG302510	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2439	C02060500114014004460000024	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464610	TSG464610	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2440	C02060500114014004460000025	胸主动脉覆膜支架系统	TSG333308	TSG333308	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2441	C02060500114014004460000027	胸主动脉覆膜支架系统	TSG424208	TSG424208	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2442	C02060500114014004460000028	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322710	TSG322710	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2443	C02060500114014004460000029	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464608	TSG464608	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2444	C02060500114014004460000030	胸主动脉覆膜支架系统	TSG404008	TSG404008	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2445	C02060500114014004460000031	胸主动脉覆膜支架系统	TSG333306	TSG333306	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2446	C02060500114014004460000032	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282310	TSG282310	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2447	C02060500114014004460000033	胸主动脉覆膜支架系统	TSG343408	TSG343408	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2448	C02060500114014004460000034	胸主动脉覆膜支架系统	TSG222210	TSG222210	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2449	C02060500114014004460000035	胸主动脉覆膜支架系统	TSG343410	TSG343410	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2450	C02060500114014004460000037	胸主动脉覆膜支架系统	TSG323210	TSG323210	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2451	C02060500114014004460000038	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262310	TSG262310	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2452	C02060500114014004460000039	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363610	TSG363610	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2453	C02060500114014004460000040	胸主动脉覆膜支架系统	TSG444408	TSG444408	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2454	C02060500114014004460000041	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302710	TSG302710	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2455	C02060500114014004460000042	胸主动脉覆膜支架系统	TSG303010	TSG303010	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2456	C02060500114014004460000043	胸主动脉覆膜支架系统	TSG242406	TSG242406	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2457	C02060500114014004460000044	胸主动脉覆膜支架系统	TSG353510	TSG353510	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2458	C02060500114014004460000045	胸主动脉覆膜支架系统	TSG424210	TSG424210	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2459	C02060500114014004460000046	胸主动脉覆膜支架系统	TSG303014	TSG303014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2460	C02060500114014004460000047	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363012	TSG363012	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2461	C02060500114014004460000048	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383216	TSG383216	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2462	C02060500114014004460000049	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464016	TSG464016	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2463	C02060500114014004460000052	胸主动脉覆膜支架系统	TSG404012	TSG404012	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2464	C02060500114014004460000053	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363616	TSG363616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2465	C02060500114014004460000056	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443416	TSG443416	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2466	C02060500114014004460000057	胸主动脉覆膜支架系统	TSG333312	TSG333312	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2467	C02060500114014004460000058	胸主动脉覆膜支架系统	TSG424218	TSG424218	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2468	C02060500114014004460000059	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423814	TSG423814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2469	C02060500114014004460000060	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262214	TSG262214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2470	C02060500114014004460000061	胸主动脉覆膜支架系统	TSG444412	TSG444412	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2471	C02060500114014004460000062	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403214	TSG403214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2472	C02060500114014004460000064	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464214	TSG464214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2473	C02060500114014004460000065	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463814	TSG463814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2474	C02060500114014004460000066	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403518	TSG403518	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2475	C02060500114014004460000067	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383212	TSG383212	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2476	C02060500114014004460000068	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302214	TSG302214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2477	C02060500114014004460000069	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403216	TSG403216	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2478	C02060500114014004460000070	胸主动脉覆膜支架系统	TSG222212	TSG222212	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2479	C02060500114014004460000072	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322614	TSG322614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2480	C02060500114014004460000073	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342318	TSG342318	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2481	C02060500114014004460000074	胸主动脉覆膜支架系统	TSG404018	TSG404018	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2482	C02060500114014004460000075	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322118	TSG322118	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2483	C02060500114014004460000076	胸主动脉覆膜支架系统	TSG222214	TSG222214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2484	C02060500114014004460000077	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302614	TSG302614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于StanfordB型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2485	C02060500114014004460000078	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282016	TSG282016	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2486	C02060500114014004460000081	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464614	TSG464614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2487	C02060500114014004460000082	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463614	TSG463614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2488	C02060500114014004460000083	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403014	TSG403014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2489	C02060500114014004460000084	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443918	TSG443918	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2490	C02060500114014004460000085	胸主动脉覆膜支架系统	TSG343412	TSG343412	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2491	C02060500114014004460000087	胸主动脉覆膜支架系统	TSG353516	TSG353516	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于StanfordB型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2492	C02060500114014004460000089	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282414	TSG282414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2493	C02060500114014004460000090	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262616	TSG262616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2494	C02060500114014004460000092	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463816	TSG463816	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2495	C02060500114014004460000093	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423216	TSG423216	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2496	C02060500114014004460000095	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363212	TSG363212	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2497	C02060500114014004460000096	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423118	TSG423118	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2498	C02060500114014004460000097	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383016	TSG383016	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2499	C02060500114014004460000100	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464216	TSG464216	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2500	C02060500114014004460000101	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322814	TSG322814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2501	C02060500114014004460000102	胸主动脉覆膜支架系统	TSG444016	TSG444016	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于StanfordB型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2502	C02060500114014004460000103	胸主动脉覆膜支架系统	TSG382718	TSG382718	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2503	C02060500114014004460000104	胸主动脉覆膜支架系统	TSG242412	TSG242412	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2504	C02060500114014004460000105	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362816	TSG362816	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2505	C02060500114014004460000106	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302014	TSG302014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2506	C02060500114014004460000107	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383018	TSG383018	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2507	C02060500114014004460000108	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362614	TSG362614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2508	C02060500114014004460000109	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463518	TSG463518	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2509	C02060500114014004460000110	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383416	TSG383416	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2510	C02060500114014004460000111	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383214	TSG383214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2511	C02060500114014004460000112	胸主动脉覆膜支架系统	TSG382816	TSG382816	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2512	C02060500114014004460000113	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282014	TSG282014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2513	C02060500114014004460000114	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383816	TSG383816	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2514	C02060500114014004460000115	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423816	TSG423816	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2515	C02060500114014004460000116	胸主动脉覆膜支架系统	TSG404014	TSG404014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2516	C02060500114014004460000117	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282012	TSG282012	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2517	C02060500114014004460000118	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363614	TSG363614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2518	C02060500114014004460000119	胸主动脉覆膜支架系统	TSG444414	TSG444414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2519	C02060500114014004460000120	胸主动脉覆膜支架系统	TSG404016	TSG404016	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2520	C02060500114014004460000121	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464618	TSG464618	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2521	C02060500114014004460000122	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443816	TSG443816	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2522	C02060500114014004460000123	胸主动脉覆膜支架系统	TSG333316	TSG333316	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于StanfordB型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2523	C02060500114014004460000125	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342614	TSG342614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2524	C02060500114014004460000127	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282018	TSG282018	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2525	C02060500114014004460000128	胸主动脉覆膜支架系统	TSG353514	TSG353514	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2526	C02060500114014004460000129	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322212	TSG322212	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2527	C02060500114014004460000131	胸主动脉覆膜支架系统	TSG343014	TSG343014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2528	C02060500114014004460000132	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443614	TSG443614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2529	C02060500114014004460000133	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282814	TSG282814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2530	C02060500114014004460000135	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403218	TSG403218	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2531	C02060500114014004460000137	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383814	TSG383814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2532	C02060500114014004460000138	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262014	TSG262014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2533	C02060500114014004460000139	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322414	TSG322414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2534	C02060500114014004460000140	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363016	TSG363016	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2535	C02060500114014004460000141	胸主动脉覆膜支架系统	TSG353518	TSG353518	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2536	C02060500114014004460000142	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423418	TSG423418	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2537	C02060500114014004460000143	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342412	TSG342412	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2538	C02060500114014004460000144	胸主动脉覆膜支架系统	TSG343414	TSG343414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2539	C02060500114014004460000145	胸主动脉覆膜支架系统	TSG402918	TSG402918	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2540	C02060500114014004460000146	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363214	TSG363214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2541	C02060500114014004460000147	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302216	TSG302216	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2542	C02060500114014004460000148	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262012	TSG262012	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2543	C02060500114014004460000149	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342812	TSG342812	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2544	C02060500114014004460000151	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464616	TSG464616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2545	C02060500114014004460000152	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423718	TSG423718	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2546	C02060500114014004460000153	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383818	TSG383818	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2547	C02060500114014004460000154	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463818	TSG463818	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2548	C02060500114014004460000155	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302212	TSG302212	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2549	C02060500114014004460000156	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383012	TSG383012	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2550	C02060500114014004460000158	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423414	TSG423414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2551	C02060500114014004460000159	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342416	TSG342416	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2552	C02060500114014004460000160	胸主动脉覆膜支架系统	TSG323214	TSG323214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2553	C02060500114014004460000161	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403614	TSG403614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2554	C02060500114014004460000162	胸主动脉覆膜支架系统	TSG353512	TSG353512	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2555	C02060500114014004460000163	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363618	TSG363618	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2556	C02060500114014004460000164	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322214	TSG322214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2557	C02060500114014004460000165	胸主动脉覆膜支架系统	TSG382814	TSG382814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2558	C02060500114014004460000168	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342414	TSG342414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2559	C02060500114014004460000170	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362612	TSG362612	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2560	C02060500114014004460000172	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383812	TSG383812	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2561	C02060500114014004460000173	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302012	TSG302012	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2562	C02060500114014004460000175	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423416	TSG423416	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2563	C02060500114014004460000176	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463616	TSG463616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2564	C02060500114014004460000177	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464612	TSG464612	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2565	C02060500114014004460000178	胸主动脉覆膜支架系统	TSG424212	TSG424212	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2566	C02060500114014004460000179	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403414	TSG403414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2567	C02060500114014004460000180	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342616	TSG342616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2568	C02060500114014004460000181	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302016	TSG302016	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2569	C02060500114014004460000182	胸主动脉覆膜支架系统	TSG444014	TSG444014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2570	C02060500114014004460000183	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403016	TSG403016	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2571	C02060500114014004460000184	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383414	TSG383414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2572	C02060500114014004460000186	胸主动脉覆膜支架系统	TSG222216	TSG222216	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2573	C02060500114014004460000187	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423214	TSG423214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2574	C02060500114014004460000189	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342612	TSG342612	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2575	C02060500114014004460000190	胸主动脉覆膜支架系统	TSG444418	TSG444418	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2576	C02060500114014004460000192	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423616	TSG423616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2577	C02060500114014004460000193	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322416	TSG322416	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2578	C02060500114014004460000195	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322612	TSG322612	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2579	C02060500114014004460000196	胸主动脉覆膜支架系统	TSG444416	TSG444416	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2580	C02060500114014004460000198	胸主动脉覆膜支架系统	TSG262614	TSG262614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2581	C02060500114014004460000200	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383412	TSG383412	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2582	C02060500114014004460000201	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363318	TSG363318	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2583	C02060500114014004460000202	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443318	TSG443318	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2584	C02060500114014004460000204	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322412	TSG322412	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2585	C02060500114014004460000205	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362812	TSG362812	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2586	C02060500114014004460000206	胸主动脉覆膜支架系统	TSG424216	TSG424216	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2587	C02060500114014004460000208	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464118	TSG464118	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2588	C02060500114014004460000210	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443814	TSG443814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于StanfordB型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2589	C02060500114014004460000211	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362616	TSG362616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2590	C02060500114014004460000212	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282214	TSG282214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2591	C02060500114014004460000214	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403416	TSG403416	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2592	C02060500114014004460000215	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362814	TSG362814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2593	C02060500114014004460000216	胸主动脉覆膜支架系统	TSG382812	TSG382812	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2594	C02060500114014004460000217	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383518	TSG383518	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2595	C02060500114014004460000218	胸主动脉覆膜支架系统	TSG333314	TSG333314	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2596	C02060500114014004460000219	胸主动脉覆膜支架系统	TSG242414	TSG242414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2597	C02060500114014004460000221	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443414	TSG443414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2598	C02060500114014004460000222	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423614	TSG423614	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2599	C02060500114014004460000223	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443618	TSG443618	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2600	C02060500114014004460000224	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363612	TSG363612	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2601	C02060500114014004460000225	胸主动脉覆膜支架系统	TSG282212	TSG282212	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2602	C02060500114014004460000226	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342814	TSG342814	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2603	C02060500114014004460000227	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363014	TSG363014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2604	C02060500114014004460000228	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302414	TSG302414	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2605	C02060500114014004460000229	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443616	TSG443616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2606	C02060500114014004460000230	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302412	TSG302412	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2607	C02060500114014004460000232	胸主动脉覆膜支架系统	TSG302218	TSG302218	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2608	C02060500114014004460000233	胸主动脉覆膜支架系统	TSG242416	TSG242416	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2609	C02060500114014004460000234	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362518	TSG362518	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2610	C02060500114014004460000235	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464014	TSG464014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2611	C02060500114014004460000237	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403616	TSG403616	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2612	C02060500114014004460000238	胸主动脉覆膜支架系统	TSG424214	TSG424214	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2613	C02060500114014004460000239	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383014	TSG383014	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2614	C02060500114014004460000241	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322216	TSG322216	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2615	C02060500114014004460000244	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362522	TSG362522	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2616	C02060500114014004460000249	胸主动脉覆膜支架系统	TSG363620	TSG363620	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2617	C02060500114014004460000251	胸主动脉覆膜支架系统	TSG403222	TSG403222	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2618	C02060500114014004460000253	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443322	TSG443322	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2619	C02060500114014004460000254	胸主动脉覆膜支架系统	TSG402920	TSG402920	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2620	C02060500114014004460000261	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383820	TSG383820	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2621	C02060500114014004460000262	胸主动脉覆膜支架系统	TSG404020	TSG404020	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2622	C02060500114014004460000264	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463522	TSG463522	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2623	C02060500114014004460000268	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443922	TSG443922	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2624	C02060500114014004460000270	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423720	TSG423720	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2625	C02060500114014004460000271	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463822	TSG463822	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2626	C02060500114014004460000272	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383022	TSG383022	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2627	C02060500114014004460000273	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463520	TSG463520	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2628	C02060500114014004460000274	胸主动脉覆膜支架系统	TSG383522	TSG383522	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2629	C02060500114014004460000275	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443622	TSG443622	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2630	C02060500114014004460000276	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423422	TSG423422	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2631	C02060500114014004460000277	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423420	TSG423420	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2632	C02060500114014004460000278	胸主动脉覆膜支架系统	TSG444420	TSG444420	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2633	C02060500114014004460000279	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342320	TSG342320	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2634	C02060500114014004460000283	胸主动脉覆膜支架系统	TSG424220	TSG424220	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2635	C02060500114014004460000284	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423722	TSG423722	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2636	C02060500114014004460000286	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443920	TSG443920	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2637	C02060500114014004460000287	胸主动脉覆膜支架系统	TSG353520	TSG353520	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2638	C02060500114014004460000289	胸主动脉覆膜支架系统	TSG463820	TSG463820	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2639	C02060500114014004460000290	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464122	TSG464122	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2640	C02060500114014004460000291	胸主动脉覆膜支架系统	TSG322120	TSG322120	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2641	C02060500114014004460000296	胸主动脉覆膜支架系统	TSG402922	TSG402922	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2642	C02060500114014004460000297	胸主动脉覆膜支架系统	TSG342322	TSG342322	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2643	C02060500114014004460000300	胸主动脉覆膜支架系统	TSG443320	TSG443320	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2644	C02060500114014004460000302	胸主动脉覆膜支架系统	TSG382722	TSG382722	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2645	C02060500114014004460000303	胸主动脉覆膜支架系统	TSG423122	TSG423122	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2646	C02060500114014004460000304	胸主动脉覆膜支架系统	TSG382720	TSG382720	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2647	C02060500114014004460000305	胸主动脉覆膜支架系统	TSG464620	TSG464620	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2648	C02060500114014004460000306	胸主动脉覆膜支架系统	TSG362520	TSG362520	国械注准20243130726	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于Stanford B型主动脉夹层患者的腔内治疗。	该产品由覆膜支架和输送系统组成，覆膜支架预装在输送系统内。覆膜支架有直形和锥形两种类型。输送系统有DS1输送系统和DS2输送系统两种类型。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

2649	C02022900000000004460000001	介入手术器械包	212B01001	212B01001	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2650	C02022900000000004460000002	介入手术器械包	212B02001	212B02001	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2651	C0202290000000004460000003	介入手术器械包	212B02002	212B02002	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2652	C02022900000000004460000004	介入手术器械包	212B02003	212B02003	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2653	C02022900000000004460000005	介入手术器械包	212B02004	212B02004	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2654	C02022900000000004460000006	介入手术器械包	212C01001	212C01001	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2655	C02022900000000004460000007	介入手术器械包	212C01002	212C01002	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2656	C02022900000000004460000008	介入手术器械包	212C01003	212C01003	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2657	C02022900000000004460000009	介入手术器械包	212C01004	212C01004	国械注准20253031021		000--	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2658	C020709015000010044600000065	介入手术器械包	212E01024	212E01024	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2659	C02070901500001004460000066	介入手术器械包	212D01009	212D01009	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2660	C02070901500001004460000067	介入手术器械包	212E01021	212E01021	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2661	C02070901500001004460000068	介入手术器械包	212D01003	212D01003	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2662	C02070901500001004460000069	介入手术器械包	212G01024	212G01024	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2663	C02070901500001004460000070	介入手术器械包	212G01023	212G01023	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2664	C02070901500001004460000071	介入手术器械包	212E01005	212E01005	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2665	C02070901500001004460000072	介入手术器械包	212G01011	212G01011	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2666	C02070901500001004460000073	介入手术器械包	212G01007	212G01007	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2667	C02070901500001004460000074	介入手术器械包	212G01004	212G01004	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2668	C02070901500001004460000075	介入手术器械包	212D01007	212D01007	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2669	C02070901500001004460000076	介入手术器械包	212D01002	212D01002	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2670	C02070901500001004460000077	介入手术器械包	212D01011	212D01011	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2671	C02070901500001004460000078	介入手术器械包	212G01015	212G01015	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2672	C02070901500001004460000079	介入手术器械包	212D01005	212D01005	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2673	C020709015000010044600000080	介入手术器械包	212G01031	212G01031	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2674	C02070901500001004460000081	介入手术器械包	212G01003	212G01003	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2675	C02070901500001004460000082	介入手术器械包	212C02003	212C02003	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2676	C02070901500001004460000083	介入手术器械包	212G01019	212G01019	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2677	C02070901500001004460000084	介入手术器械包	212C02002	212C02002	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2678	C020709015000010044600000085	介入手术器械包	212D01004	212D01004	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2679	C02070901500001004460000086	介入手术器械包	212G01027	212G01027	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2680	C02070901500001004460000087	介入手术器械包	212E01023	212E01023	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2681	C020709015000010044600000088	介入手术器械包	212E01022	212E01022	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2682	C02070901500001004460000089	介入手术器械包	212G01016	212G01016	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2683	C02070901500001004460000090	介入手术器械包	212E01014	212E01014	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2684	C0207090150000100446000009 1	介入手术器械包	212G01020	212G01020	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2685	C02070901500001004460000092	介入手术器械包	212G01047	212G01047	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2686	C02070901500001004460000093	介入手术器械包	212G01008	212G01008	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2687	C02070901500001004460000094	介入手术器械包	212E01008	212E01008	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2688	C020709015000010044600000095	介入手术器械包	212D01006	212D01006	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2689	C02070901500001004460000096	介入手术器械包	212G01028	212G01028	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2690	C02070901500001004460000098	介入手术器械包	212D01001	212D01001	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2691	C02070901500001004460000099	介入手术器械包	212G01036	212G01036	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2692	C02070901500001004460000100	介入手术器械包	212E01016	212E01016	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2693	C02070901500001004460000101	介入手术器械包	212E01015	212E01015	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2694	C02070901500001004460000112	介入手术器械包	212G01032	212G01032	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2695	C02070901500001004460000113	介入手术器械包	212G01039	212G01039	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2696	C02070901500001004460000114	介入手术器械包	212G01044	212G01044	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2697	C02070901500001004460000115	介入手术器械包	212G01012	212G01012	国械注准20253031021		015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2698	C0207160540000000446000011	介入手术器械包	212A03001	212A03001	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2699	C0207160540000000446000012	介入手术器械包	212A03002	212A03002	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2700	C02071605400000004460000013	介入手术器械包	212A03003	212A03003	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2701	C02071605400000004460000014	介入手术器械包	212A03004	212A03004	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2702	C02071605400000004460000015	介入手术器械包	212A03005	212A03005	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2703	C02071605400000004460000016	介入手术器械包	212A03006	212A03006	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第11批

2704	C02072005400000004460000006	介入手术器械包	212A01001	212A01001	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	与除外内容不符，除外耗材是导管，产品是介入手术器械包。		第11批

2705	C02072005400000004460000007	介入手术器械包	212A01002	212A01002	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	与除外内容不符，除外耗材是导管，产品是介入手术器械包。		第11批

2706	C02072005400000004460000008	介入手术器械包	212A01003	212A01003	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	与除外内容不符，除外耗材是导管，产品是介入手术器械包。		第11批

2707	C02072005400000004460000009	介入手术器械包	212A01004	212A01004	国械注准20253031021		054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于经导管的血管造影和血管介入治疗。	该产品由血管鞘组、桡动脉止血器、球囊扩张压力泵、Y形连接器、压力延长管、连通板和环柄注射器7个组件组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	与除外内容不符，除外耗材是导管，产品是介入手术器械包。		第11批

2708	C02063700302001004460000004	导丝	2132M1430S	2132M1430S	湘械注准20252030008	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导丝	适用于外周血管和冠状动脉。在经皮血管介入手术中，用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	导丝由远端芯丝(镍钛合金)、近端芯丝(304不锈钢)、聚合物护套（含钨聚氨酯）和显影绕丝(铂钨合金)组成。近端芯丝表面涂覆PTFE涂层，远端芯丝表面涂覆有亲水涂层(聚乙烯吡咯烷酮)。所有型号均配有塑形针及扭控器，其中塑形针的材料包括聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯和不锈钢，扭控	通过			第11批

2709	C0206370030200300446000000 2	导丝	2134M1830S	2134M1830S	湘械注准20252030008	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导丝	适用于外周血管和冠状动脉。在经皮血管介入手术中，用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	导丝由远端芯丝(镍钛合金)、近端芯丝(304不锈钢)、聚合物护套（含钨聚氨酯）和显影绕丝(铂钨合金)组成。近端芯丝表面涂覆PTFE涂层，远端芯丝表面涂覆有亲水涂层(聚乙烯吡咯烷酮)。所有型号均配有塑形针及扭控器，其中塑形针的材料包括聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯和不锈钢，扭控	通过			第11批

2710	C0206370030200300446000000 8	导丝	2132M1830S	2132M1830S	湘械注准20252030008	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于外周血管和冠状动脉。在经皮血管介入手术中，用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	导丝由远端芯丝(镍钛合金)、近端芯丝(304不锈钢)、聚合物护套（含钨聚氨酯）和显影绕丝(铂钨合金)组成。近端芯丝表面涂覆PTFE涂层，远端芯丝表面涂覆有亲水涂层(聚乙烯吡咯烷酮)。所有型号均配有塑形针及扭控器，其中塑形针的材料包括聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯和不锈钢，扭控	通过			第11批

2711	C02072105400000004460000011	数显球囊扩张压力泵	2342050S	2342050S	湘械注准20252030457	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	适用于经皮血管成形术中球囊的充盈和收缩，监测并控制球囊的压力。	产品由推注系统、数显压力表和连接管路组成，2342050S型号配有三通。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2712	C02072105400000004460000012	数显球囊扩张压力泵	2342050	2342050	湘械注准20252030457	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	适用于经皮血管成形术中球囊的充盈和收缩，监测并控制球囊的压力。	产品由推注系统、数显压力表和连接管路组成，2342050S型号配有三通。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
2713	C07120415000000184800000005	医用口腔温敏凝胶	50mL/瓶	50mL/瓶	湘械注准20252170445	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	适用于肿瘤放疗或化疗引起的口腔黏膜炎、口腔溃疡的创面覆盖，缓解吞咽疼痛和进食困难。	本产品由波洛沙姆、卡波姆、海藻糖、黄原胶、三氯蔗糖、山梨酸钾 与纯化水组成，包装容器为口服液体药用聚酯瓶	通过			第11批

2714	C07120415000000184800000007	医用口腔温敏凝胶	100mL/瓶	100mL/瓶	湘械注准20252170445	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	适用于肿瘤放疗或化疗引起的口腔黏膜炎、口腔溃疡的创面覆盖，缓解吞咽疼痛和进食困难。	本产品由波洛沙姆、卡波姆、海藻糖、黄原胶、三氯蔗糖、山梨酸钾与纯化水组成，包装容器为口服液体药用聚酯瓶	通过			第11批
2715	C01050602100001136430000001	射频消融用针状电极	16G-120S15D	Cura RF Electrode？Double	湘械注准20202011694	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	产品与相适应射频治疗主机连接，用于人体组织的消融、凝固。匹配的射频治疗仪参数:频率400~600kHz，功率≤250W。产品不适用内窥镜手术情形。	Cura RF Electrode Fixed 和 Cura RF Electrode Adjustable型号由针体、绝缘膜、手柄、针体管路部件、连接线缆、出水管路部件和进水管路部件组成;Cura RF Electrode Double型号由针体、手柄、连接线缆组成，其中针体包含:针芯、针芯绝缘膜、针管、针管绝缘膜。	通过			第11批

2716	C01050602100001136430000036	射频消融用针状电极	14G-160S15D	Cura RF Electrode？Double	湘械注准20202011694	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	产品与相适应射频治疗主机连接，用于人体组织的消融、凝固。匹配的射频治疗仪参数:频率400~600kHz，功率≤250W。产品不适用内窥镜手术情形。	Cura RF Electrode Fixed 和 Cura RF Electrode Adjustable型号由针体、绝缘膜、手柄、针体管路部件、连接线缆、出水管路部件和进水管路部件组成;Cura RF Electrode Double型号由针体、手柄、连接线缆组成，其中针体包含:针芯、针芯绝缘膜、针管、针管绝缘膜。	通过			第11批

2717	C01050602100001136430000045	射频消融用针状电极	16G-060S15D	Cura RF Electrode？Double	湘械注准20202011694	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	产品与相适应射频治疗主机连接，用于人体组织的消融、凝固。匹配的射频治疗仪参数:频率400~600kHz，功率≤250W。产品不适用内窥镜手术情形。	Cura RF Electrode Fixed 和 Cura RF Electrode Adjustable型号由针体、绝缘膜、手柄、针体管路部件、连接线缆、出水管路部件和进水管路部件组成;Cura RF Electrode Double型号由针体、手柄、连接线缆组成，其中针体包含:针芯、针芯绝缘膜、针管、针管绝缘膜。	通过			第11批

2718	C01050602100001136430000085	射频消融用针状电极	14G-120S15D	Cura RF Electrode？Double	湘械注准20202011694	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	产品与相适应射频治疗主机连接，用于人体组织的消融、凝固。匹配的射频治疗仪参数:频率400~600kHz，功率≤250W。产品不适用内窥镜手术情形。	Cura RF Electrode Fixed 和 Cura RF Electrode Adjustable型号由针体、绝缘膜、手柄、针体管路部件、连接线缆、出水管路部件和进水管路部件组成;Cura RF Electrode Double型号由针体、手柄、连接线缆组成，其中针体包含:针芯、针芯绝缘膜、针管、针管绝缘膜。	通过			第11批

2719	C01050602100001136430000210	射频消融用针状电极	16G-160S15D	Cura RF Electrode？Double	湘械注准20202011694	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	产品与相适应射频治疗主机连接，用于人体组织的消融、凝固。匹配的射频治疗仪参数:频率400~600kHz，功率≤250W。产品不适用内窥镜手术情形。	Cura RF Electrode Fixed 和 Cura RF Electrode Adjustable型号由针体、绝缘膜、手柄、针体管路部件、连接线缆、出水管路部件和进水管路部件组成;Cura RF Electrode Double型号由针体、手柄、连接线缆组成，其中针体包含:针芯、针芯绝缘膜、针管、针管绝缘膜。	通过			第11批
2720	C14171101000000209010000027	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-F1	HR-PQ-F1	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批

2721	C14171101000000209010000028	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-A1	HR-PQ-A1	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2722	C14171101000000209010000029	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-C2	HR-PQ-C2	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2723	C14171101000000209010000030	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-F2	HR-PQ-F2	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2724	C14171101000000209010000031	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-B2	HR-PQ-B2	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批

2725	C14171101000000209010000032	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-E2	HR-PQ-E2	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2726	C14171101000000209010000033	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-D2	HR-PQ-D2	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2727	C14171101000000209010000034	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-E1	HR-PQ-E1	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2728	C14171101000000209010000035	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-B1	HR-PQ-B1	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批

2729	C14171101000000209010000036	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-D1	HR-PQ-D1	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2730	C14171101000000209010000037	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-C1	HR-PQ-C1	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2731	C14171101000000209010000038	一次性使用肛肠排气导管	HR-PQ-A2	HR-PQ-A2	湘械注准20252140403	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	产品供肠道排气用。	一次性使用肛肠排气导管由肛肠排气管和放置器组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第11批
2732	C17010221604000177200000032	皮肤保护剂	100ml	Ⅰ型	湘常械备20220078号	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于皮肤清洗、护理及周围皮肤护理。	由卡波姆、甘油、丙二醇、表面活性剂、纯化水和各种形式的外套及固定容器组成。产品接触完好皮肤。非无菌提供。	通过			第11批

2733	C17010221604000177200000003	皮肤修护液	20ml/瓶	-	湘械注准20222141482	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	产品通过在皮肤表面形成保护层，起保湿和物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤及微创术后的非慢性创面及周围皮肤的护理。	产品由卡波姆溶液和PET喷瓶组成。其中卡波姆溶液由卡波姆、依地酸二钠、羟苯丙酯钠、氯化钠、三乙醇胺、柠檬酸钠、甘油和纯化水组成。产品经辐照灭菌，无菌	通过			第11批
2734	C14020226400011241560000006	腹腔镜牵开固定器	Φ5*340+Φ2.87*12	S2T1	湘械注准20252020037	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	供腹腔镜手术过程中腹腔内器官组织的暂时性牵开固定。	腹腔镜牵开固定器由操作手柄组件和操作头组成，其中操作手柄组件包含：操作手柄、控制杆、活动关节、不锈钢丝。操作手柄材质采用聚碳酸酯（PC）材料、操作手柄控制杆、活动关节、不锈钢丝采用SUS304 不锈钢材料，操作头材质采用聚丙烯（PP）材料。产品经环氧乙烷灭菌，	通过			第11批

2735	C17010221604000210870000004	医用皮肤修护敷料	15ml	-	湘械注准20232140547	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。	产品由溶液和内包装容器组成。溶液由卡波姆、丙二醇、羟乙纤维素、海藻酸钠、甘油、羟苯甲酯、三乙醇胺和纯化水组成。内包装容器由PET或玻璃材料制成。产品经辐照灭菌，无菌	通过			第11批
2736	C01060200700004118090000001	一次性使用活检针	SJBN-OCR-3	SJBN-OCR	湘械注准20252140303	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	产品用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、肺等脏器或软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检。用作相应疾病的病理诊断。	产品由针芯、针管、针座、手柄机械动力装置和保护套组成。手柄机械动力装置由主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1 号按键、2 号按键、复位按键、复位弹簧、硅胶垫组成。针芯、针管材质为医用不锈钢，针座材质为聚甲醛，主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1号按键、2号按键材	通过			第11批

2737	C01060200700004118090000002	一次性使用活检针	SJBN-OCR-4	SJBN-OCR	湘械注准20252140303	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	产品用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、肺等脏器或软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检。用作相应疾病的病理诊断。	产品由针芯、针管、针座、手柄机械动力装置和保护套组成。手柄机械动力装置由主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1 号按键、2 号按键、复位按键、复位弹簧、硅胶垫组成。针芯、针管材质为医用不锈钢，针座材质为聚甲醛，主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1号按键、2号按键材	通过			第11批

2738	C01060200700004118090000003	一次性使用活检针	SJBN-OCR-5	SJBN-OCR	湘械注准20252140303	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	产品用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、肺等脏器或软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检。用作相应疾病的病理诊断。	产品由针芯、针管、针座、手柄机械动力装置和保护套组成。手柄机械动力装置由主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1 号按键、2 号按键、复位按键、复位弹簧、硅胶垫组成。针芯、针管材质为医用不锈钢，针座材质为聚甲醛，主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1号按键、2号按键材	通过			第11批

2739	C01060200700004118090000004	一次性使用活检针	SJBN-OCR-6	SJBN-OCR	湘械注准20252140303	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	产品用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、肺等脏器或软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检。用作相应疾病的病理诊断。	产品由针芯、针管、针座、手柄机械动力装置和保护套组成。手柄机械动力装置由主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1 号按键、2 号按键、复位按键、复位弹簧、硅胶垫组成。针芯、针管材质为医用不锈钢，针座材质为聚甲醛，主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1号按键、2号按键材	通过			第11批

2740	C01060200700004118090000005	一次性使用活检针	SJBN-OCR-1	SJBN-OCR	湘械注准20252140303	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	产品用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、肺等脏器或软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检。用作相应疾病的病理诊断。	产品由针芯、针管、针座、手柄机械动力装置和保护套组成。手柄机械动力装置由主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1 号按键、2 号按键、复位按键、复位弹簧、硅胶垫组成。针芯、针管材质为医用不锈钢，针座材质为聚甲醛，主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1号按键、2号按键材	通过			第11批

2741	C01060200700004118090000006	一次性使用活检针	SJBN-OCR-2	SJBN-OCR	湘械注准20252140303	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	产品用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结、肺等脏器或软组织肿瘤等人体组织获取标本进行活检。用作相应疾病的病理诊断。	产品由针芯、针管、针座、手柄机械动力装置和保护套组成。手柄机械动力装置由主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1 号按键、2 号按键、复位按键、复位弹簧、硅胶垫组成。针芯、针管材质为医用不锈钢，针座材质为聚甲醛，主体把手、主体后盖、底壳、底壳盖、1号按键、2号按键材	通过			第11批
2742	C14171101000000194100000003	一次性使用冲洗引流管及附件	CXT-C	CXT-C	湘械注准20242021147	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	用于冲洗组织或吸液、引流，不能用于眼睛等特殊部位。	产品由连接头、进液管、冲洗手柄、冲洗头、集液器、吸引管组成，进液管体与连接头采用医用粘接剂粘接。其中进液管采用符合GB15593-2020标准规定的软聚氯乙烯塑料制成，产品采用环氧乙烷灭菌	通过			第11批

2743	C14171101000000194100000017	一次性使用冲洗引流管及附件	CXT-H	CXT-H	湘械注准20242021147	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	用于冲洗组织或吸液、引流，不能用于眼睛等特殊部位。	产品由连接头、进液管、冲洗手柄、冲洗头、集液器、吸引管组成，进液管体与连接头采用医用粘接剂粘接。其中进液管采用符合GB15593-2020标准规定的软聚氯乙烯塑料制成，产品采用环氧乙烷灭菌	通过			第11批
2744	C14171101000000194100000024	一次性使用冲洗引流管及附件	CXT-E	CXT-E	湘械注准20242021147	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	用于冲洗组织或吸液、引流，不能用于眼睛等特殊部位。	产品由连接头、进液管、冲洗手柄、冲洗头、集液器、吸引管组成，进液管体与连接头采用医用粘接剂粘接。其中进液管采用符合GB15593-2020标准规定的软聚氯乙烯塑料制成，产品采用环氧乙烷灭菌	通过			第11批

2745	C01030100115074054000000125	输尿管支架及附件	US-4.8-28-A-32	US-4.8-28-A-32	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2746	C01030100115074054000000130	输尿管支架及附件	US-6-28-A-35	US-6-28-A-35	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2747	C01030100115074054000000142	输尿管支架及附件	US-7-28-A-32	US-7-28-A-32	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

2748	C01030100115074054000000146	输尿管支架及附件	US-6-28-A-32	US-6-28-A-32	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2749	C01030100115074054000000173	输尿管支架及附件	US-4.8-28-A-35	US-4.8-28-A-35	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2750	C01030100115083054000000008	输尿管支架及附件	US-7-28-B-32	US-7-28-B-32	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

2751	C01030100115083054000000013	输尿管支架及附件	US-6-28-B-35	US-6-28-B-35	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2752	C01030100115083054000000016	输尿管支架及附件	US-7-26-B-32	US-7-26-B-32	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2753	C01030100115083054000000028	输尿管支架及附件	US-4.8-28-B-32	US-4.8-28-B-32	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

2754	C01030100115083054000000032	输尿管支架及附件	US-4.8-28-B-35	US-4.8-28-B-35	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2755	C01030100115083054000000036	输尿管支架及附件	US-6-28-B-32	US-6-28-B-32	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2756	C01030100115083054000000051	输尿管支架及附件	US-7-28-B-35	US-7-28-B-35	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

2757	C01030100115092054000000034	输尿管支架及附件	US-4.8-28-A-00	US-4.8-28-A-00	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2758	C01030100115092054000000040	输尿管支架及附件	US-7-28-A-00	US-7-28-A-00	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2759	C01030100115092054000000044	输尿管支架及附件	US-7-26-A-00	US-7-26-A-00	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

2760	C01030100115092054000000045	输尿管支架及附件	US-6-26-A-00	US-6-26-A-00	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2761	C01030100115092054000000048	输尿管支架及附件	US-6-28-A-00	US-6-28-A-00	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2762	C01030100115101054000000005	输尿管支架及附件	US-6-28-B-00	US-6-28-B-00	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

2763	C01030100115101054000000011	输尿管支架及附件	US-4.8-28-B-00	US-4.8-28-B-00	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
2764	C01030100115101054000000014	输尿管支架及附件	US-4.8-26-B-00	US-4.8-26-B-00	国械注准20243141791	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	该产品适用于对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。	该产品由输尿管支架、推管和固定夹组成，部分型号规格包含导丝。输尿管支架分为普通型和涂层型，导丝为混合斑马导丝。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

2765	C01030100114106054000000001	输尿管支架系统	EUS1012017	EUS1012017	国械注准20253131219	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗良性狭窄或恶性肿瘤压迫导致的输尿管梗阻。	产品由输尿管支架和输送系统组成。其中，输尿管支架由支架支撑体、覆膜和铂铱环组成；输送系统由外套管、外套管座、内管、内管座、拉线和拉线手柄组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2766	C01030100114106054000000003	输尿管支架系统	EUS1015519	EUS1015519	国械注准20253131219	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗良性狭窄或恶性肿瘤压迫导致的输尿管梗阻。	产品由输尿管支架和输送系统组成。其中，输尿管支架由支架支撑体、覆膜和铂铱环组成；输送系统由外套管、外套管座、内管、内管座、拉线和拉线手柄组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2767	C01030100114106054000000011	输尿管支架系统	EUS0919514	EUS0919514	国械注准20253131219	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗良性狭窄或恶性肿瘤压迫导致的输尿管梗阻。	产品由输尿管支架和输送系统组成。其中，输尿管支架由支架支撑体、覆膜和铂铱环组成；输送系统由外套管、外套管座、内管、内管座、拉线和拉线手柄组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2768	C01030100114106054000000019	输尿管支架系统	EUS1010016	EUS1010016	国械注准20253131219	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方	支架	支架	用于治疗良性狭窄或恶性肿瘤压迫导致的输尿管梗阻。	产品由输尿管支架和输送系统组成。其中，输尿管支架由支架支撑体、覆膜和铂铱环组成；输送系统由外套管、外套管座、内管、内管座、拉线和拉线手柄组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批
2769	C17040122100002173550000003	医用射线防护喷剂	A瓶：15000 单位/瓶，B瓶：15ml/瓶	A瓶：15000 单位/瓶，B瓶：15ml/瓶	湘械注准20222060092	甲类	221-射线防护类	否			是	24	(四)放射治疗		医用射线防护喷剂	医用射线防护喷剂	用于预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体完好皮肤、粘膜组织造成的损伤	由超氧化物歧化酶、稳定剂、姜黄素、山梨醇及山梨酸钾组成。	通过		限放射治疗防护使用	第11批
2770	C17040122100002173550000005	医用射线防护喷剂	A瓶：30000 单位/瓶，B瓶：30ml/瓶	A瓶：30000 单位/瓶，B瓶：30ml/瓶	湘械注准20222060092	甲类	221-射线防护类	否			是	24	(四)放射治疗		医用射线防护喷剂	医用射线防护喷剂	用于预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体完好皮肤、粘膜组织造成的损伤	由超氧化物歧化酶、稳定剂、姜黄素、山梨醇及山梨酸钾组成。	通过		限放射治疗防护使用	第11批

2771	C17040122200003113590000001	β-葡聚糖阴道灌洗液	200ml/瓶	葡聚糖含量：0.2mg/ml	吉械注准20222180129	丙类	222-妇科护理类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	特殊药物	本产品适用于细菌性阴道病和外阴阴道假丝酵母菌病的辅助治疗，并改善上述引起的瘙痒、白带异常、阴部异味、疼痛、阴道充血水肿	本品主要由β-葡聚糖液构成。	通过			第11批
2772	C17040122200003113590000017	卡波姆妇科液体敷料	200mL/瓶	卡波姆妇科液体敷料200mL/瓶	吉械注准20222180686		222-妇科护理类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	特殊药物	通过在阴道壁形成一层保护膜，将阴道壁与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。适用于宫颈炎、阴道炎引起的瘙痒、糜烂、疼痛、阴部异味症状，减少白带增多	卡波姆妇科液体敷料由卡波姆洗液、包装瓶和医用阴道冲洗器组成，其中卡波姆洗液由卡波姆、甘油、三乙醇胺、纯化水组成，包装瓶由聚乙烯组成。	不通过	应该是敷料		第11批
2773	C17010221606000113930000007	医用皮肤修复护理膜	50g/支	50g/支	吉械注准20212140105	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	在皮肤表面形成保护层，保湿、修复皮肤屏障；改善痤疮、皮炎、湿疹、敏感性皮肤引起的干燥脱屑、红斑、瘙痒症状。	医用皮肤修复护理膜由乳膏和容器组成，乳膏由卡波姆、乙二胺四乙酸二钠、尼泊金丙酯钠、三乙醇胺、III型胶原蛋白、矫味剂、纯化水	通过			第11批

2774	C01021701902004023490000058	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C1	WA	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2775	C01021701902004023490000059	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C1-D3-E	WA	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2776	C01021701902004023490000060	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C1-E	WA	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2777	C01021701902004023490000061	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C2-D1	WB	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2778	C01021701902004023490000062	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C1-D2-E	WA	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2779	C01021701902004023490000063	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C1-D3	WA	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2780	C01021701902004023490000064	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C1-D2	WA	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2781	C01021701902004023490000066	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C2	WB	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2782	C01021701902004023490000069	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	650-C2-D1-E	WB	吉械注准20252060324	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		取石网篮	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第11批

2783	C17010621601000157000000001	聚氨酯泡沫敷料	75×75mm	有边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2784	C17010621601000157000000002	聚氨酯泡沫敷料	100×250mm	有边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2785	C17010621601000157000000003	聚氨酯泡沫敷料	100×100mm	有边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2786	C17010621601000157000000004	聚氨酯泡沫敷料	75×75mm	无边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2787	C17010621601000157000000005	聚氨酯泡沫敷料	100×100mm	无边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2788	C17010621601000157000000006	聚氨酯泡沫敷料	125×125mm	有边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2789	C17010621601000157000000007	聚氨酯泡沫敷料	125×125mm	无边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2790	C17010621601000157000000008	聚氨酯泡沫敷料	150×150mm	有边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2791	C17010621601000157000000014	聚氨酯泡沫敷料	180×180mm	有边心形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2792	C17010621601000157000000015	聚氨酯泡沫敷料	100×200mm	有边方形	鲁械注准20242140756	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	聚氨酯泡沫敷料适用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	聚氨酯泡沫敷料，由单面涂有压敏胶的聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、离型膜或离型纸组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

2793	C02021700215000084550000003	主动脉内球囊反搏导管及附件	IAB-S730C	IAB-S730C	国械注进20153032353	甲类	002-球囊类	否			是	330803023	主动脉内球囊反搏置管术	指切开法；含主动脉内球囊及导管撤离术	球囊反搏导管人造血管	球囊反搏导管	该产品用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。	该产品分三个部分：导管托盘、穿刺托盘、带接头的连接管。导管托盘含组件：主动脉内球囊反搏导管，反搏泵连接管，注射器，带三通的延长管，延长管等。穿刺托盘含组件：带扩张器的鞘，带扩张器、侧臂的鞘，扩张器，穿刺针，导丝，手术刀。管身材料为聚酰亚胺。反搏导管含有水	通过			第11批

2794	C02021700215000084550000006	主动脉内球囊反搏导管及附件	IAB-06840-U	IAB-06840-U	国械注进20153032353	甲类	002-球囊类	否			是	330803023	主动脉内球囊反搏置管术	指切开法；含主动脉内球囊及导管撤离术	球囊反搏导管人造血管	球囊反搏导管	该产品用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。	该产品分三个部分：导管托盘、穿刺托盘、带接头的连接管。导管托盘含组件：主动脉内球囊反搏导管，反搏泵连接管，注射器，带三通的延长管，延长管等。穿刺托盘含组件：带扩张器的鞘，带扩张器、侧臂的鞘，扩张器，穿刺针，导丝，手术刀。管身材料为聚酰亚胺。反搏导管含有水	通过			第11批

2795	C02021700215000084550000008	主动脉内球囊反搏导管及附件	IAB-06830-U	IAB-06830-U	国械注进20153032353	甲类	002-球囊类	否			是	330803023	主动脉内球囊反搏置管术	指切开法：含主动脉内球囊及导管撤离术	球囊反搏导管人造血管	球囊反搏导管	该产品用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。	该产品分三个部分：导管托盘、穿刺托盘、带接头的连接管。导管托盘含组件：主动脉内球囊反搏导管，反搏泵连接管，注射器，带三通的延长管，延长管等。穿刺托盘含组件：带扩张器的鞘，带扩张器、侧臂的鞘，扩张器，穿刺针，导丝，手术刀。管身材料为聚酰亚胺。反搏导管含有水	通过			第11批

2796	C1604010260000815965000089	一次性使用套管穿刺器及套装	BLCCQ-Ⅱ-套装N	BLCCQ-Ⅱ型	苏械注准20232021614	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		穿刺	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用套管穿刺器及套装（简称穿刺器）由穿刺针、穿刺套管和辅助组件组成，辅助组件有气腹针、标本袋；穿刺套管由套管、阻气阀、密封帽、注气阀、定位块（BLCCQ-Ⅳ型独有）组成；穿刺针由穿刺针杆和针座组成；气腹针由注气阀、外管和内管组成；标本袋由袋体和拉	通过			第11批

2797	C02050700400006176640000013	微导管	MCF-033-150-SW	MCF-033-150-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2798	C02050700400006176640000014	微导管	MCF-021-150-SWA	MCF-021-150-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2799	C02050700400006176640000015	微导管	MCF-017-150-SWA	MCF-017-150-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2800	C02050700400006176640000016	微导管	MCF-027-150-SW	MCF-027-150-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2801	C02050700400006176640000017	微导管	MCF-027-150-SWA	MCF-027-150-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2802	C02050700400006176640000018	微导管	MCF-017-150-SW	MCF-017-150-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2803	C02050700400006176640000019	微导管	MCF-021-150-SW	MCF-021-150-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2804	C02050700400006176640000020	微导管	MCF-033-150-SWA	MCF-033-150-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2805	C02050700400006176640000021	微导管	MCF-021-150-A	MCF-021-150-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2806	C02050700400006176640000022	微导管	MCF-033-135-A	MCF-033-135-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2807	C02050700400006176640000023	微导管	MCF-027-135-S	MCF-027-135-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2808	C02050700400006176640000024	微导管	MCF-033-150-S	MCF-033-150-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2809	C02050700400006176640000025	微导管	MCF-017-155-SWA	MCF-017-155-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2810	C02050700400006176640000026	微导管	MCF-033-135-SW	MCF-033-135-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2811	C02050700400006176640000027	微导管	MCF-021-150-S	MCF-021-150-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2812	C02050700400006176640000028	微导管	MCF-027-155-S	MCF-027-155-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2813	C02050700400006176640000029	微导管	MCF-033-155-S	MCF-033-155-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2814	C02050700400006176640000030	微导管	MCF-033-155-A	MCF-033-155-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2815	C02050700400006176640000031	微导管	MCF-027-135-SWA	MCF-027-135-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2816	C02050700400006176640000032	微导管	MCF-021-135-SWA	MCF-021-135-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2817	C02050700400006176640000033	微导管	MCF-027-155-SW	MCF-027-155-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2818	C02050700400006176640000034	微导管	MCF-017-135-SW	MCF-017-135-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2819	C02050700400006176640000035	微导管	MCF-017-155-SW	MCF-017-155-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2820	C02050700400006176640000036	微导管	MCF-017-150-S	MCF-017-150-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2821	C02050700400006176640000037	微导管	MCF-021-135-SW	MCF-021-135-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2822	C02050700400006176640000038	微导管	MCF-033-135-SWA	MCF-033-135-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2823	C02050700400006176640000039	微导管	MCF-027-150-A	MCF-027-150-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2824	C02050700400006176640000040	微导管	MCF-033-150-A	MCF-033-150-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2825	C02050700400006176640000041	微导管	MCF-017-135-A	MCF-017-135-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2826	C02050700400006176640000042	微导管	MCF-027-155-SWA	MCF-027-155-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2827	C02050700400006176640000043	微导管	MCF-021-155-SW	MCF-021-155-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2828	C02050700400006176640000044	微导管	MCF-027-155-A	MCF-027-155-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2829	C02050700400006176640000045	微导管	MCF-021-155-A	MCF-021-155-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2830	C02050700400006176640000046	微导管	MCF-017-155-A	MCF-017-155-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2831	C02050700400006176640000047	微导管	MCF-017-155-S	MCF-017-155-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2832	C02050700400006176640000048	微导管	MCF-027-150-S	MCF-027-150-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2833	C02050700400006176640000049	微导管	MCF-033-155-SW	MCF-033-155-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2834	C02050700400006176640000050	微导管	MCF-027-135-A	MCF-027-135-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2835	C02050700400006176640000051	微导管	MCF-033-135-S	MCF-033-135-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2836	C02050700400006176640000052	微导管	MCF-017-135-SWA	MCF-017-135-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2837	C02050700400006176640000053	微导管	MCF-021-155-SWA	MCF-021-155-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2838	C02050700400006176640000054	微导管	MCF-021-135-S	MCF-021-135-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2839	C02050700400006176640000055	微导管	MCF-033-155-SWA	MCF-033-155-SWA	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2840	C02050700400006176640000056	微导管	MCF-021-135-A	MCF-021-135-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2841	C02050700400006176640000057	微导管	MCF-021-155-S	MCF-021-155-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2842	C02050700400006176640000058	微导管	MCF-027-135-SW	MCF-027-135-SW	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2843	C02050700400006176640000059	微导管	MCF-017-135-S	MCF-017-135-S	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2844	C02050700400006176640000060	微导管	MCF-017-150-A	MCF-017-150-A	国械注准20253030684	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于一般性血管内操作,包括在外周血管和神经血管内输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性装置(如支架)。	微导管由导管、塑型针和导入器三部分组成，其中导管由导管座、扩散应力管及导管管身组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2845	C02050100114005176640000001	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-15	AS30-15	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2846	C02050100114005176640000002	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-30-MC	AS35-30-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2847	C02050100114005176640000003	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-20-MC	AS25-20-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2848	C02050100114005176640000004	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-15	AS25-15	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2849	C02050100114005176640000005	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-30-MC	AS30-30-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2850	C02050100114005176640000006	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-30	AS30-30	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2851	C02050100114005176640000007	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-25-MC	AS40-25-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2852	C02050100114005176640000008	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-50-MC	AS45-50-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2853	C02050100114005176640000009	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-15-MC	AS40-15-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2854	C02050100114005176640000010	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-25-MC	AS30-25-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2855	C02050100114005176640000011	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-30-MC	AS40-30-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2856	C02050100114005176640000012	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS20-20	AS20-20	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2857	C02050100114005176640000013	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-35	AS40-35	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2858	C02050100114005176640000014	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-50	AS35-50	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2859	C02050100114005176640000015	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS55-35	AS55-35	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2860	C02050100114005176640000016	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-25	AS25-25	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2861	C02050100114005176640000017	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-15	AS35-15	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2862	C02050100114005176640000018	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-20-MC	AS45-20-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2863	C02050100114005176640000019	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-35-MC	AS30-35-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2864	C02050100114005176640000020	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-50-MC	AS35-50-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2865	C0205010011400517664000021	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-35-MC	AS35-35-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2866	C02050100114005176640000022	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-30-MC	AS25-30-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2867	C02050100114005176640000023	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-35	AS25-35	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2868	C02050100114005176640000024	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS55-30	AS55-30	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2869	C02050100114005176640000025	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-25	AS40-25	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2870	C02050100114005176640000026	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-35	AS30-35	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2871	C02050100114005176640000027	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-35-MC	AS25-35-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2872	C02050100114005176640000028	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-30-MC	AS45-30-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2873	C02050100114005176640000029	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-15-MC	AS30-15-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2874	C02050100114005176640000030	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-25-MC	AS45-25-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2875	C02050100114005176640000031	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS20-25	AS20-25	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2876	C02050100114005176640000032	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-20	AS45-20	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2877	C02050100114005176640000033	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-35-MC	AS45-35-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2878	C02050100114005176640000034	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-25	AS45-25	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2879	C02050100114005176640000035	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-15-MC	AS35-15-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2880	C02050100114005176640000036	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-50-MC	AS40-50-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2881	C02050100114005176640000037	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-15-MC	AS25-15-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2882	C02050100114005176640000038	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-20	AS30-20	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2883	C02050100114005176640000039	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-20	AS35-20	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2884	C02050100114005176640000040	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS55-50	AS55-50	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2885	C02050100114005176640000041	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-50	AS40-50	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2886	C02050100114005176640000042	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-20-MC	AS40-20-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2887	C02050100114005176640000043	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS55-30-MC	AS55-30-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2888	C02050100114005176640000044	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-40	AS45-40	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2889	C02050100114005176640000045	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-25-MC	AS25-25-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2890	C0205010011400517664000046	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS20-20-MC	AS20-20-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2891	C02050100114005176640000047	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-15	AS40-15	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2892	C02050100114005176640000048	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS55-50-MC	AS55-50-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2893	C02050100114005176640000049	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS20-15-MC	AS20-15-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2894	C02050100114005176640000050	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS20-25-MC	AS20-25-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2895	C02050100114005176640000051	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-35-MC	AS40-35-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2896	C02050100114005176640000052	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-50	AS45-50	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2897	C02050100114005176640000053	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-35	AS45-35	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2898	C02050100114005176640000054	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS20-15	AS20-15	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2899	C02050100114005176640000055	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-25	AS35-25	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2900	C02050100114005176640000056	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-20	AS25-20	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2901	C02050100114005176640000057	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-20-MC	AS30-20-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2902	C02050100114005176640000058	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-35	AS35-35	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2903	C02050100114005176640000059	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS25-30	AS25-30	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2904	C02050100114005176640000060	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS55-35-MC	AS55-35-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2905	C02050100114005176640000061	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-40-MC	AS45-40-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2906	C02050100114005176640000062	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS30-25	AS30-25	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2907	C02050100114005176640000063	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-30	AS40-30	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2908	C02050100114005176640000064	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS40-20	AS40-20	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2909	C02050100114005176640000065	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS45-30	AS45-30	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2910	C02050100114005176640000066	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-20-MC	AS35-20-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2911	C02050100114005176640000067	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-25-MC	AS35-25-MC	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2912	C02050100114005176640000068	颅内动脉瘤辅助栓塞支架	AS35-30	AS35-30	国械注准20253131589	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈(瘤颈≥4 mm或瘤体/瘤颈比＜2)动脉瘤，动脉瘤位于前循环(颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段、前交通动脉、 大脑前动脉)，载瘤血管直径≥2.0mm且≤5.2mm。	颅内动脉瘤辅助栓塞支架由颅内支架、输送元件组成，部分规格含有输送导管。其中，输送元件由输送杆和导入鞘组成；输送导管由微导管和塑形针组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

2913	C15010421202004039140000002	多聚糖止血材料	0.5g/瓶	0.5g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2914	C15010421202004039140000003	多聚糖止血材料	1g/瓶	1g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2915	C15010421202004039140000004	多聚糖止血材料	1.5g/瓶	1.5g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2916	C15010421202004039140000005	多聚糖止血材料	1.75g/瓶	1.75g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2917	C15010421202004039140000006	多聚糖止血材料	0.75g/瓶	0.75g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2918	C15010421202004039140000007	多聚糖止血材料	1.25g/瓶	1.25g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2919	C15010421202005039140000001	多聚糖止血材料	2g/瓶	2g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2920	C15010421202005039140000002	多聚糖止血材料	2.25g/瓶	2.25g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2921	C15010421202005039140000003	多聚糖止血材料	2.5g/瓶	2.5g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2922	C15010421202005039140000004	多聚糖止血材料	2.75g/瓶	2.75g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2923	C15010421202006039140000001	多聚糖止血材料	3g/瓶	3g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2924	C15010421202006039140000002	多聚糖止血材料	5g/瓶	5g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2925	C15010421202006039140000003	多聚糖止血材料	4g/瓶	4g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批

2926	C15010421202006039140000004	多聚糖止血材料	6g/瓶	6g/瓶	国械注准20193140407	丙类	212-止血材料类	否			是	HB-HC	(二)神经系统		钛板、钛夹、钛钉，植物止血材料，特殊缝线	植物止血材料	多聚糖止血材料作为一种外科手术中的辅助止血材料，本产品主要适用于当压迫、结扎和其他常规操作对控制毛细血管、静脉和小动脉出血无效或无法实施时，作为辅助止血装置来协助外科手术。适用科室包括：肝胆外科、骨科、心胸外科、妇产科、泌尿外科。还可用于消化道内窥镜下常规止	本产品为羧甲淀粉钠与三偏磷酸钠的交联产物。灭菌方式为辐照灭菌，为一次性使用产品。	通过			第11批
2927	C17010221604000102450000040	透明质酸敷料	25g	25g	苏械注准20232141377	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	用于非慢性创面(如浅表性创面、机械创伤、小创口、擦伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面)的护理，为创面愈合提供微环境。	透明质酸敷料由透明质酸钠、海藻糖、卡波姆、丁二醇、已二醇、辛酰羟肟酸、三乙醇胺、纯化水制成，基材为非织道布，经铝箔袋封装而成。该产品以无菌状态提供，经湿热灭菌，一次性使	通过			第11批

2928	C03250208901020091140000036	脊柱后路固定系统-连接棒	Φ6.0，L=130	JHL-V型	国械注准20193130499	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	适用于脊柱胸腰椎骨折、脱落、滑脱、矫形时的后路固定。	该产品由椎弓根钉、提拉钉、连接棒、横向连接装置、螺母、角度连接棒、螺栓组成。由符合GB/T13810中规定的TC4钛合金材料制成。表面经微弧阳极氧化处理或者未经阳极氧化处理。非无菌包装	通过			第11批
2929	C02071507500000079300000008	一次性使用高压造影注射器及附件	DSA-L-150	DSA-L-150	国械注准20243062602		075-注射套装类	否			是	2103	3．X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	造影剂	该造影注射器主要供医疗部门在进行数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制断 层扫描（CT）、核磁共振（MRI）、超声（US）等检查中，分别为各种型式的高压造影注射设备配套使用。	一次性使用高压造影注射器及附件是由高压造影注射器、活塞、吸药器（管式吸药器/穿刺式吸药器）、连接管路、固定圈、保护套组成，在实际中根据临床要求搭配附件。注射器外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯、管式吸药器采用聚丙烯、穿刺式吸药器采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂、连接	不通过	除外耗材应是增强扫描用注射器耗材		第11批

2930	C0207150750000007930000009	一次性使用高压造影注射器及附件	DSA-N-125	DSA-N-125	国械注准20243062602		075-注射套装类	否			是	2103	3．X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	造影剂	该造影注射器主要供医疗部门在进行数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制断 层扫描（CT）、核磁共振（MRI）、超声（US）等检查中，分别为各种型式的高压造影注射设备配套使用。	一次性使用高压造影注射器及附件是由高压造影注射器、活塞、吸药器（管式吸药器/穿刺式吸药器）、连接管路、固定圈、保护套组成，在实际中根据临床要求搭配附件。注射器外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯、管式吸药器采用聚丙烯、穿刺式吸药器采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂、连接	不通过	除外耗材应是增强扫描用注射器耗材		第11批

2931	C02071507500000079300000015	一次性使用高压造影注射器及附件	三通(CT/MRI)连接管	三通(CT/MRI)连接管	国械注准20243062602		075-注射套装类	否			是	2103	3. X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	造影剂	该造影注射器主要供医疗部门在进行数字减影血管造影术(DSA)、计算机控制断 层扫描(CT)、核磁共振(MRI)、超声(US)等检查中，分别为各种型式的高 压造影注射设备配套使用。	一次性使用高压造影注射器及附件是由高压造影注射器、活塞、吸药器（管式吸药器/ 穿刺式吸药器）、连接管路、固定圈、保护套组成，在实际中根据临床要求搭配附件。 注射器外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯、管式吸药器采用聚丙烯、穿刺式吸药器采用丙 烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂、连接	不通过	除外耗材应是增强扫描用注射器耗材		第11批

2932	C0207150750000007930000023	一次性使用高压造影注射器及附件	CT-Ⅰ连接管	CT-Ⅰ连接管	国械注准20243062602		075-注射套装类	否			是	2103	3．X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	造影剂	该造影注射器主要供医疗部门在进行数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制断 层扫描（CT）、核磁共振（MRI）、超声（US）等检查中，分别为各种型式的高压造影注射设备配套使用。	一次性使用高压造影注射器及附件是由高压造影注射器、活塞、吸药器（管式吸药器/穿刺式吸药器）、连接管路、固定圈、保护套组成，在实际中根据临床要求搭配附件。注射器外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯、管式吸药器采用聚丙烯、穿刺式吸药器采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂、连接	不通过	除外耗材应是增强扫描用注射器耗材		第11批

2933	C0207150750000007930000032	一次性使用高压造影注射器及附件	DSA-Ⅰ连接管	DSA-Ⅰ连接管	国械注准20243062602		075-注射套装类	否			是	2103	3．X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	造影剂	该造影注射器主要供医疗部门在进行数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制断 层扫描（CT）、核磁共振（MRI）、超声（US）等检查中，分别为各种型式的高压造影注射设备配套使用。	一次性使用高压造影注射器及附件是由高压造影注射器、活塞、吸药器（管式吸药器/穿刺式吸药器）、连接管路、固定圈、保护套组成，在实际中根据临床要求搭配附件。注射器外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯、管式吸药器采用聚丙烯、穿刺式吸药器采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂、连接	不通过	除外耗材应是增强扫描用注射器耗材		第11批

2934	C14100118900001031650000126	一次性使用气道导管麻醉联合组件	MZB-A-7.0	A型带护套	苏械注准20152080871	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	加固气管	临床用于需全身麻醉或呼吸支持的病人建立人工气道。	一次性使用气道导管麻醉联合组件主要由气管插管、医用外科手套护套、气管插管固定器等组成，选配：吸引管、吸痰管、脱脂纱布、石蜡棉球、护套、气管插管固定期、插管导丝、喉镜窥视片、塑料喉镜片。根据配置的气管插管样式分为三种型号，每种型号根据气管插管公称内径分为若干	通过			第11批

2935	C01022102300000114920000009	一次性使用肛肠套扎吻合器	KH-TWB-Ⅱ	KH-TWB-Ⅱ	苏械注准20212020760	丙类	023-套扎器类	否			是	331004	直肠肛门手术		吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	KH-TWA型由套扎头、固定手柄、击发手柄、负压开关、负压接头、复位按钮及附件组成。KH-TWB型由套扎头、套管、卡扣、击发手柄、固定手柄、负压开关、负压接头及附件组成。KH-TWC型由套扎头、击发管、不锈钢推管、击发手柄、固定手柄、负压开关、负压手柄及附件组成。附件由套扎胶	通过			第11批

2936	C01022102300000114920000011	一次性使用肛肠套扎吻合器	KH-TWB-III	KH-TWB-III	苏械注准20212020760	丙类	023-套扎器类	否			是	331004	直肠肛门手术		吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	KH-TWA型由套扎头、固定手柄、击发手柄、负压开关、负压接头、复位按钮及附件组成。KH-TWB型由套扎头、套管、卡扣、击发手柄、固定手柄、负压开关、负压接头及附件组成。KH-TWC型由套扎头、击发管、不锈钢推管、击发手柄、固定手柄、负压开关、负压手柄及附件组成。附件由套扎胶	通过			第11批

2937	C01022102300000114920000013	一次性使用肛肠套扎吻合器	KH-TWB-Ⅶ	KH-TWB-Ⅶ	苏械注准20212020760	丙类	023-套扎器类	否			是	331004	直肠肛门手术		吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	KH-TWA型由套扎头、固定手柄、击发手柄、负压开关、负压接头、复位按钮及附件组成。KH-TWB型由套扎头、套管、卡扣、击发手柄、固定手柄、负压开关、负压接头及附件组成。KH-TWC型由套扎头、击发管、不锈钢推管、击发手柄、固定手柄、负压开关、负压手柄及附件组成。附件由套扎胶	通过			第11批

2938	C16040102600007114920000090	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器	KHDT-80/90-A	KHDT-80/90-A	苏械注准20222021463	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	穿刺器	适用在腹腔镜手术中用作内窥镜和器械的通道。	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器根据外观的不同分为 A 型和 B 型，由切口保护套和密封体组成。A 型切口保护套主要由外环、置入环、通道、拉环组成；密封体主要由套管(大)、套管（小）、注气阀、多孔盖、保护套固定环组成。B 型切口保护套主要由外环、置入环、通道、拉环组成；密	通过			第11批

2939	C16040102600007114920000091	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器	KHDT-I-B	KHDT-I-B	苏械注准20222021463	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	穿刺器	适用在腹腔镜手术中用作内窥镜和器械的通道。	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器根据外观的不同分为 A 型和 B 型，由切口保护套和密封体组成。A 型切口保护套主要由外环、置入环、通道、拉环组成；密封体主要由套管(大)、套管（小）、注气阀、多孔盖、保护套固定环组成。B 型切口保护套主要由外环、置入环、通道、拉环组成；密	通过			第11批

2940	C1604010260000711492000009 2	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器	KHDT-II-B	KHDT-II-B	苏械注准20222021463	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	穿刺器	适用在腹腔镜手术中用作内窥镜和器械的通道。	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器根据外观的不同分为 A 型和 B 型，由切口保护套和密封体组成。A 型切口保护套主要由外环、置入环、通道、拉环组成；密封体主要由套管（大）、套管（小）、注气阀、多孔盖、保护套固定环组成。B 型切口保护套主要由外环、置入环、通道、拉环组成；密	通过			第11批

2941	C16040102600007114920000093	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器	KHDT-60/70-A	KHDT-60/70-A	苏械注准20222021463	丙类	026-穿刺器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	穿刺器	适用在腹腔镜手术中用作内窥镜和器械的通道。	一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器根据外观的不同分为 A 型和 B 型，由切口保护套和密封体组成。A 型切口保护套主要由外环、置入环、通道、拉环组成；密封体主要由套管(大)、套管（小）、注气阀、多孔盖、保护套固定环组成。B 型切口保护套主要由外环、置入环、通道、拉环组成；密	通过			第11批

2942	C02051900114000197020000003	血流导向密网支架	NY32520P	NY32520P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2943	C02051900114000197020000004	血流导向密网支架	NY47535	NY47535	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2944	C02051900114000197020000005	血流导向密网支架	NY42510	NY42510	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2945	C02051900114000197020000006	血流导向密网支架	NY3540	NY3540	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2946	C02051900114000197020000009	血流导向密网支架	NY32530P	NY32530P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2947	C02051900114000197020000010	血流导向密网支架	NY5570	NY5570	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2948	C02051900114000197020000011	血流导向密网支架	NY6550	NY6550	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2949	C02051900114000197020000016	血流导向密网支架	NY62550	NY62550	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2950	C02051900114000197020000019	血流导向密网支架	NY32525P	NY32525P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2951	C02051900114000197020000020	血流导向密网支架	NY6035	NY6035	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2952	C02051900114000197020000021	血流导向密网支架	NY27525P	NY27525P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2953	C02051900114000197020000022	血流导向密网支架	NY32535P	NY32535P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2954	C02051900114000197020000023	血流导向密网支架	NY3040P	NY3040P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2955	C02051900114000197020000024	血流导向密网支架	NY6525	NY6525	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2956	C02051900114000197020000025	血流导向密网支架	NY5010	NY5010	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2957	C02051900114000197020000026	血流导向密网支架	NY5515	NY5515	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2958	C02051900114000197020000027	血流导向密网支架	NY6545	NY6545	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2959	C02051900114000197020000028	血流导向密网支架	NY27515	NY27515	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2960	C02051900114000197020000029	血流导向密网支架	NY2520	NY2520	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2961	C02051900114000197020000030	血流导向密网支架	NY6030	NY6030	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2962	C02051900114000197020000031	血流导向密网支架	NY6045	NY6045	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2963	C02051900114000197020000032	血流导向密网支架	NY5525	NY5525	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2964	C02051900114000197020000033	血流导向密网支架	NY62545	NY62545	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2965	C02051900114000197020000034	血流导向密网支架	NY3545P	NY3545P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2966	C02051900114000197020000035	血流导向密网支架	NY3040	NY3040	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2967	C02051900114000197020000036	血流导向密网支架	NY27510	NY27510	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2968	C02051900114000197020000038	血流导向密网支架	NY57550	NY57550	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2969	C02051900114000197020000039	血流导向密网支架	NY3025P	NY3025P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2970	C02051900114000197020000040	血流导向密网支架	NY6020	NY6020	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2971	C02051900114000197020000041	血流导向密网支架	NY32525	NY32525	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2972	C02051900114000197020000042	血流导向密网支架	NY32530	NY32530	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2973	C02051900114000197020000047	血流导向密网支架	NY37530	NY37530	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2974	C02051900114000197020000048	血流导向密网支架	NY4510	NY4510	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2975	C02051900114000197020000050	血流导向密网支架	NY4515	NY4515	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2976	C02051900114000197020000054	血流导向密网支架	NY57570	NY57570	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2977	C02051900114000197020000056	血流导向密网支架	NY62540	NY62540	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2978	C02051900114000197020000060	血流导向密网支架	NY37535	NY37535	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2979	C02051900114000197020000062	血流导向密网支架	NY47510	NY47510	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2980	C02051900114000197020000066	血流导向密网支架	NY62535	NY62535	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2981	C02051900114000197020000067	血流导向密网支架	NY6040	NY6040	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2982	C02051900114000197020000070	血流导向密网支架	NY47540	NY47540	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2983	C02051900114000197020000074	血流导向密网支架	NY52560	NY52560	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2984	C02051900114000197020000076	血流导向密网支架	NY3525	NY3525	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2985	C02051900114000197020000078	血流导向密网支架	NY47525	NY47525	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2986	C02051900114000197020000079	血流导向密网支架	NY27525	NY27525	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2987	C02051900114000197020000082	血流导向密网支架	NY32535	NY32535	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2988	C02051900114000197020000083	血流导向密网支架	NY6530	NY6530	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2989	C02051900114000197020000084	血流导向密网支架	NY52550	NY52550	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2990	C02051900114000197020000087	血流导向密网支架	NY2510	NY2510	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2991	C02051900114000197020000092	血流导向密网支架	NY4010	NY4010	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2992	C02051900114000197020000093	血流导向密网支架	NY32540	NY32540	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2993	C02051900114000197020000096	血流导向密网支架	NY37545	NY37545	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2994	C02051900114000197020000098	血流导向密网支架	NY3510P	NY3510P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2995	C02051900114000197020000100	血流导向密网支架	NY5060	NY5060	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2996	C02051900114000197020000102	血流导向密网支架	NY3535	NY3535	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2997	C02051900114000197020000103	血流导向密网支架	NY3515	NY3515	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2998	C02051900114000197020000107	血流导向密网支架	NY6540	NY6540	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

2999	C02051900114000197020000109	血流导向密网支架	NY27515P	NY27515P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3000	C02051900114000197020000111	血流导向密网支架	NY52535	NY52535	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3001	C02051900114000197020000115	血流导向密网支架	NY6070	NY6070	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3002	C02051900114000197020000116	血流导向密网支架	NY3030P	NY3030P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3003	C02051900114000197020000117	血流导向密网支架	NY2525P	NY2525P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3004	C02051900114000197020000118	血流导向密网支架	NY57545	NY57545	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3005	C02051900114000197020000121	血流导向密网支架	NY52525	NY52525	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3006	C02051900114000197020000123	血流导向密网支架	NY37520	NY37520	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3007	C02051900114000197020000124	血流导向密网支架	NY62560	NY62560	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3008	C02051900114000197020000125	血流导向密网支架	NY5550	NY5550	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3009	C02051900114000197020000126	血流导向密网支架	NY2515P	NY2515P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3010	C02051900114000197020000129	血流导向密网支架	NY42515	NY42515	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3011	C02051900114000197020000130	血流导向密网支架	NY37540	NY37540	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3012	C02051900114000197020000132	血流导向密网支架	NY52510	NY52510	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3013	C02051900114000197020000137	血流导向密网支架	NY6535	NY6535	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3014	C02051900114000197020000142	血流导向密网支架	NY52520	NY52520	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3015	C02051900114000197020000146	血流导向密网支架	NY27510P	NY27510P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3016	C02051900114000197020000147	血流导向密网支架	NY42530	NY42530	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3017	C02051900114000197020000148	血流导向密网支架	NY3015P	NY3015P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3018	C02051900114000197020000149	血流导向密网支架	NY57560	NY57560	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3019	C02051900114000197020000150	血流导向密网支架	NY3035P	NY3035P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3020	C02051900114000197020000153	血流导向密网支架	NY42540	NY42540	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3021	C02051900114000197020000154	血流导向密网支架	NY5530	NY5530	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3022	C02051900114000197020000159	血流导向密网支架	NY32540P	NY32540P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3023	C02051900114000197020000164	血流导向密网支架	NY6060	NY6060	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3024	C02051900114000197020000165	血流导向密网支架	NY32520	NY32520	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3025	C02051900114000197020000166	血流导向密网支架	NY32510P	NY32510P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3026	C02051900114000197020000167	血流导向密网支架	NY47545	NY47545	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3027	C02051900114000197020000169	血流导向密网支架	NY3010P	NY3010P	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3028	C02051900114000197020000172	血流导向密网支架	NY57535	NY57535	国械注准20253130732	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比<2）或梭形动脉瘤；载瘤血管直径2.0~6.0mm。	该产品是自扩张血管支架系统，由支架和输送系统组成。支架由钴铬合金与铂钨合金丝编织而成；输送系统由部分可剥离导入鞘、输送导丝、输送导管、释放手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第11批

3029	C14020226400011111490000102	一次性使用切口扩张器	40/30-20/25	SGQB	苏械注准20152021113	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		扩张器	适用于内窥镜手术以及小切口手术，尤其是妇科无气腹悬吊式腹腔镜手术扩张切口视野。	一次性使用切口扩张器由外环、置入环和通道组成。根据外形结构分为SGQA、SGQB、SGQC、SGQD四种型式。SGQA型的置入环、外环选用聚氨酯材料制造；通道选用聚氨酯薄膜制造。SGQB、SGQC、SGQD型的置入环、外环选用聚氨酯材料制造，通道选用硅胶材料制造。可选配保护	通过			第11批

3030	C14020226400011111490000125	一次性使用切口扩张器	50/40-40/100	SGQA	苏械注准20152021113	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		扩张器	适用于内窥镜手术以及小切口手术，尤其是妇科无气腹悬吊式腹腔镜手术扩张切口视野。	一次性使用切口扩张器由外环、置入环和通道组成。根据外形结构分为SGQA、SGQB、SGQC、SGQD四种型式。SGQA型的置入环、外环选用聚氨酯材料制造；通道选用聚氨酯薄膜制造。SGQB、SGQC、SGQD型的置入环、外环选用聚氨酯材料制造，通道选用硅胶材料制造。可选配保护	通过			第11批

3031	C14020226400011111490000128	一次性使用切口扩张器	60/50-50/100	SGQA	苏械注准20152021113	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		扩张器	适用于内窥镜手术以及小切口手术，尤其是妇科无气腹悬吊式腹腔镜手术扩张切口视野。	一次性使用切口扩张器由外环、置入环和通道组成。根据外形结构分为SGQA、SGQB、SGQC、SGQD四种型式。SGQA型的置入环、外环选用聚氨酯材料制造；通道选用聚氨酯薄膜制造。SGQB、SGQC、SGQD型的置入环、外环选用聚氨酯材料制造，通道选用硅胶材料制造。可选配保护	通过			第11批

3032	C11011318710023015640000001	微创筋膜闭合器	DFCS-13	DFCS-13	苏械注准20172020283	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	适用于腹腔镜手术中收拢组织、经皮缝合，以闭合手术切口	微创筋膜闭合器由闭合器和穿线针组成(本产品不含缝线)。闭合器由上下壳、手柄、侧翼、侧翼内嵌件、连杆组成。根据使用部位管腔直径为13mm一种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第11批

3033	C02072005400000134670002916	一次性使用压力连接管	150cm	700150	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3034	C02072005400000134670002929	一次性使用压力连接管	150cm	HBR150	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3035	C02072005400000134670002955	一次性使用压力连接管	155cm	608155	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3036	C02072005400000134670003070	一次性使用压力连接管	250cm	801250	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3037	C02072005400000134670003383	一次性使用压力连接管	200cm	608200	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3038	C02072005400000134670003448	一次性使用压力连接管	50cm	604050	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3039	C02072005400000134670003636	一次性使用压力连接管	150cm	613150	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3040	C02072005400000134670003688	一次性使用压力连接管	200cm	801200	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3041	C02072005400000134670003788	一次性使用压力连接管	30cm	604030	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3042	C02072005400000134670003816	一次性使用压力连接管	35cm	HBR035	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3043	C02072005400000134670003820	一次性使用压力连接管	125cm	700125	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3044	C02072005400000134670003872	一次性使用压力连接管	250cm	604250	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3045	C02072005400000134670004184	一次性使用压力连接管	105cm	700105	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3046	C02072005400000134670004428	一次性使用压力连接管	250cm	612250	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EC	(三)磁共振检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批

3047	C02072005400000134670004625	一次性使用压力连接管	150cm	616150	国械注准20223031173	丙类	054-介入附件类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	适用于医疗部门在X射线、核磁共振和超声诊断、治疗中，配合一次性使用高压造影注射器使说用该产品，进行造影剂注射。	一次性使用压力连接管由公保护帽（聚丙烯PP料）、母保护帽（聚丙烯PP料）、公接头（聚碳酸脂PC）、母接头（聚碳酸脂PC）、导管（PVC材质含DEHP，聚氨酯，硅橡胶）、单向阀（聚碳酸脂PC）、三通（聚碳酸脂PC）组成。本产品环氧乙烷灭菌，为一次性使用，单人	通过			第11批
3048	C14020118200000210570000002	雾化面罩	儿童	儿童	苏扬械备20230251	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于连接雾化设备实施雾化。	雾化面罩由接口、罩体组成，采用符合GB/T15593-2020输血（液）器具用聚氯乙烯塑料规定的材料制成。非无菌产	通过			第11批

3049	C14171503500000109920000139	一次性使用螺旋负压引流管路	415275	415275	苏械注准20142140359	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	用于临床手术伤口引流	一次性使用螺旋负压引流管路由螺旋型引流管（以下简称引流管）和选配件（引导针、负压罐、负压球、引流袋）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使	通过			第11批
3050	C14171503500000109920000141	一次性使用螺旋负压引流管路	419275	419275	苏械注准20142140359	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	用于临床手术伤口引流	一次性使用螺旋负压引流管路由螺旋型引流管（以下简称引流管）和选配件（引导针、负压罐、负压球、引流袋）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使	通过			第11批
3051	C14171503500000109920000149	一次性使用螺旋负压引流管路	424275	424275	苏械注准20142140359	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	用于临床手术伤口引流	一次性使用螺旋负压引流管路由螺旋型引流管（以下简称引流管）和选配件（引导针、负压罐、负压球、引流袋）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使	通过			第11批

3052	C14171503500000109920000152	一次性使用螺旋负压引流管路	412275	412275	苏械注准20142140359	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	用于临床手术伤口引流	一次性使用螺旋负压引流管路由螺旋型引流管（以下简称引流管）和选配件（引导针、负压罐、负压球、引流袋）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使	通过			第11批
3053	C01070405000001101000000003	一次性使用输卵管造影导管	C型	C型	苏械注准20152181341	丙类	050-疏通装置类	否			是	331306005	经宫腔镜输卵管插管术		输卵管导管	输卵管导管	通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管，注入色素液或造影剂来评估输卵管的通畅性，并进行注液疏通操作。	一次性使用输卵管造影导管由注射管、疏通治疗导管、接头、基座、治疗棒（导丝）、导引导管和护套组成；其中注射管、疏通治疗导管、导丝为部分型号配置，基座、导引导管和护套为选配件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，	通过			第11批

3054	C01070405000001101000000005	一次性使用输卵管造影导管	B型	B型	苏械注准20152181341	丙类	050-疏通装置类	否			是	331306005	经宫腔镜输卵管插管术		输卵管导管	输卵管导管	通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管，注入色素液或造影剂来评估输卵管的通畅性，并进行注液疏通操作。	一次性使用输卵管造影导管由注射管、疏通治疗导管、接头、基座、治疗棒（导丝）、导引导管和护套组成；其中注射管、疏通治疗导管、导丝为部分型号配置，基座、导引导管和护套为选配件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，	通过			第11批
3055	C01070405000002101000000002	一次性使用输卵管造影导管	A型	A型	苏械注准20152181341	丙类	050-疏通装置类	否			是	331306005	经宫腔镜输卵管插管术		输卵管导管	输卵管导管	通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管，注入色素液或造影剂来评估输卵管的通畅性，并进行注液疏通操作。	一次性使用输卵管造影导管由注射管、疏通治疗导管、接头、基座、治疗棒（导丝）、导引导管和护套组成；其中注射管、疏通治疗导管、导丝为部分型号配置，基座、导引导管和护套为选配件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，	通过			第11批

3056	C01061300400003101000000025	一次性使用宫腔通液造影管	4.67mm（14Fr）	B-I型	苏械注准20192180682	丙类	004-导管类	否			是	220201006	输卵管超声造影	含临床操作，含宫腔、双输卵管	一次性导管	一次性导管	供临床人体宫腔造影通液用。	一次性使用宫腔通液造影管由导管、不锈钢管、胶塞、导管接头、固定夹、两通阀、盖帽组成，其中不锈钢管、固定夹、两通阀和盖帽为选配件。导管采用改性热塑性聚酰胺弹性体（Pebax）材料或聚丙烯（PP）材料或聚氯乙烯（pvc）材料制成；不锈钢采用304不锈钢材料制成；胶塞	通过			第11批

3057	C14100118900001121890000009	一次性使用全麻包	6.5mm	A型	苏械注准20192081049		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	用于插入患者气管和/或支气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。	A型由基本配置：气管插管（有套囊）、吸痰管和选用配置：橡胶外科手套（橡胶检查手套）、吸引连接管、麻醉咽喉镜、牙垫、液体推注器、润滑棉球、脱脂纱布片、透气胶带、洞巾、咬嘴、治疗巾、创口贴、薄膜手套组成；B型由基本配置气管切开插管（有套囊）、吸痰管、和选用配	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

3058	C14080518600000120670000031	医用胶	0.25ml/支	涂抹B-Ⅱ型	赣械注准20242140112	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分未发挥药理学作用。	医用胶由粘合剂、涂抹器、安瓿管构成。粘合剂分为Ⅰ型粘合剂和 II 型粘合剂，Ⅰ型粘合剂组成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂 ——对苯二酚、4-甲氧基苯酚，及阻聚剂——二氧化硫； Ⅱ型粘合剂组 成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-	通过			第11批

3059	C14080518600000120670000035	医用胶	0.5ml/支	涂抹B-Ⅱ型	赣械注准20242140112	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分未发挥药理学作用。	医用胶由粘合剂、涂抹器、安瓿管构成。粘合剂分为Ⅰ型粘合剂和 II 型粘合剂，Ⅰ型粘合剂组成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂 ——对苯二酚、4-甲氧基苯酚，及阻聚剂——二氧化硫； Ⅱ型粘合剂组 成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-	通过			第11批

3060	C14080518600000120670000040	医用胶	0.7ml/支	涂抹B-Ⅱ型	赣械注准20242140112	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分未发挥药理学作用。	医用胶由粘合剂、涂抹器、安瓿管构成。粘合剂分为Ⅰ型粘合剂和 II 型粘合剂，Ⅰ型粘合剂组成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂 ——对苯二酚、4-甲氧基苯酚，及阻聚剂——二氧化硫； Ⅱ型粘合剂组 成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-	通过			第11批

3061	C14080518600000120670000064	医用胶	1.0ml/支	涂抹B-Ⅱ型	赣械注准20242140112	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16. 体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分未发挥药理学作用。	医用胶由粘合剂、涂抹器、安瓿管构成。粘合剂分为Ⅰ型粘合剂和Ⅱ型粘合剂，Ⅰ型粘合剂组成成分为α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-甲氧基苯酚，及阻聚剂——二氧化硫；Ⅱ型粘合剂组成成分为α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-	通过			第11批
3062	C01061122700002151530000001	一次性使用无菌气腹针	HL-120	HL-120	赣械注准20222020252	丙类	227-气腹针类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	用于腹部内视镜手术过程中建立气腹。	本产品是由穿刺针、通气芯、手柄、盖帽和两通阀组成。穿刺针及通气芯为不锈钢材料;手柄为PC材料;盖帽为ABS材料;两通阀为PC材料。产品以环氧乙烷灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3063	C01061122700002151530000002	一次性使用无菌气腹针	HL-150	HL-150	赣械注准20222020252	丙类	227-气腹针类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	用于腹部内视镜手术过程中建立气腹。	本产品是由穿刺针、通气芯、手柄、盖帽和两通阀组成。穿刺针及通气芯为不锈钢材料;手柄为PC材料;盖帽为ABS材料;两通阀为PC材料。产品以环氧乙烷灭菌，产品无菌。	通过			第11批
3064	C14170619602001017540000002	一次性使用无菌导尿管	12Fr	单腔无囊(天然乳胶)	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批

3065	C14170619602002017540000001	一次性使用无菌导尿管	12Fr	Ⅱ腔有囊（天然乳胶）	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批
3066	C14170619602002017540000005	一次性使用无菌导尿管	16Fr	Ⅱ腔有囊（天然乳胶）	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批

3067	C14170619602002017540000006	一次性使用无菌导尿管	14Fr	Ⅱ腔有囊（天然乳胶）	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批
3068	C14170619602003017540000006	一次性使用无菌导尿管	20Fr	Ⅲ腔有囊（天然乳胶）	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批

3069	C14170619603002017540000003	一次性使用无菌导尿管	12Fr	Ⅱ腔有囊(硅橡胶)	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批
3070	C14170619603002017540000004	一次性使用无菌导尿管	14Fr	Ⅱ腔有囊(硅橡胶)	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批

3071	C14170619603002017540000007	一次性使用无菌导尿管	16Fr	Ⅱ腔有囊(硅橡胶)	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批
3072	C14170619603003017540000004	一次性使用无菌导尿管	20Fr	Ⅲ腔有囊(硅橡胶)	赣械注准20162140291	甲类	196-导尿管类	否			是	121600001	导尿	包括一次性导尿和留置导尿	特殊导尿管、抗返流引流袋	导尿管	供医疗部门对患者实施导尿时一次性使用。	本产品采用医用硅橡胶或优质天然浓缩乳胶制成，单腔无囊管由排泄腔组成；Ⅱ腔无囊管由排泄腔、阀、冲洗腔组成；Ⅱ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、充气腔组成；Ⅲ腔有囊管由球囊、阀、排泄腔、冲洗腔、充气腔组成。产品经环氧	通过			第11批

3073	C14230220300006017540000090	一次性使用真空贮血管	5mL	促凝剂(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3074	C14230220300006017540000091	一次性使用真空贮血管	5mL	分离胶(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3075	C14230220300006017540000100	一次性使用真空贮血管	3mL	分离胶(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3076	C14230220300006017540000162	一次性使用真空贮血管	3mL	促凝剂(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3077	C14230220300006017540000167	一次性使用真空贮血管	3mL	分离胶(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3078	C14230220300007017540000049	一次性使用真空贮血管	5mL	EDTAK3(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3079	C14230220300007017540000056	一次性使用真空贮血管	2mL	枸橼酸钠(1:4)(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3080	C14230220300007017540000059	一次性使用真空贮血管	3mL	EDTAK2(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3081	C14230220300007017540000060	一次性使用真空贮血管	3mL	枸橼酸钠(1:9)(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3082	C14230220300007017540000061	一次性使用真空贮血管	3mL	草酸钾/氟化钠(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3083	C14230220300007017540000067	一次性使用真空贮血管	3mL	肝素钠(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3084	C14230220300007017540000068	一次性使用真空贮血管	5mL	枸橼酸钠(1:4)(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3085	C14230220300007017540000069	一次性使用真空贮血管	5mL	枸橼酸钠(1:9)(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3086	C14230220300007017540000071	一次性使用真空贮血管	2mL	EDTAK3(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3087	C14230220300007017540000077	一次性使用真空贮血管	5mL	肝素钠(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3088	C14230220300007017540000078	一次性使用真空贮血管	2mL	枸橼酸钠(1:9)(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3089	C14230220300007017540000090	一次性使用真空贮血管	3mL	EDTAK3(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3090	C14230220300007017540000093	一次性使用真空贮血管	5mL	肝素锂(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3091	C14230220300007017540000097	一次性使用真空贮血管	5mL	草酸钾/氟化钠(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3092	C14230220300007017540000099	一次性使用真空贮血管	1.6mL	枸橼酸钠(1:4)(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3093	C14230220300007017540000100	一次性使用真空贮血管	3mL	肝素锂(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3094	C14230220300007017540000102	一次性使用真空贮血管	3mL	草酸钾(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3095	C14230220300007017540000103	一次性使用真空贮血管	3mL	枸橼酸钠(1:4)(玻璃试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3096	C14230220300007017540000108	一次性使用真空贮血管	5mL	肝素钠(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3097	C14230220300007017540000109	一次性使用真空贮血管	3mL	肝素钠(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3098	C14230220300007017540000110	一次性使用真空贮血管	5mL	EDTAK3(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3099	C14230220300007017540000112	一次性使用真空贮血管	2mL	EDTAK3(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3100	C14230220300007017540000114	一次性使用真空贮血管	3mL	EDTAK2(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3101	C14230220300007017540000118	一次性使用真空贮血管	3mL	肝素锂(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3102	C14230220300007017540000123	一次性使用真空贮血管	3mL	EDTAK3(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3103	C14230220300007017540000131	一次性使用真空贮血管	5mL	枸橼酸钠(1:4)(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3104	C14230220300007017540000133	一次性使用真空贮血管	3mL	草酸钾/氟化钠(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3105	C14230220300007017540000138	一次性使用真空贮血管	3mL	枸橼酸钠(1:4)(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3106	C14230220300007017540000140	一次性使用真空贮血管	2mL	枸橼酸钠(1:4)(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3107	C14230220300007017540000149	一次性使用真空贮血管	3mL	枸橼酸钠(1:9)(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3108	C14230220300007017540000151	一次性使用真空贮血管	5mL	草酸钾(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3109	C14230220300007017540000155	一次性使用真空贮血管	5mL	枸橼酸钠(1:9)(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3110	C14230220300007017540000158	一次性使用真空贮血管	3mL	草酸钾(塑料试管)	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3111	C14230220300010017540000104	一次性使用真空贮血管	3ml	无抗凝剂（玻璃试管）	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3112	C14230220300010017540000126	一次性使用真空贮血管	5ml	无抗凝剂（玻璃试管）	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批

3113	C14230220300010017540000130	一次性使用真空贮血管	3mL	无抗凝剂（塑料试管）	赣械注准20162220328	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	配套一次性使用静脉采血针使用，采集静脉血样进行临床检验。	一次性使用真空贮血管由试管（玻璃试管、塑料试管）、胶塞、盖帽（若有）、标签、添加剂（抗凝剂或促凝剂）及附加物（分离胶）组成，试管内预设真空，胶塞为丁基橡胶。经辐射灭菌，产品无菌。	通过			第11批
3114	C14230120200002017540000001	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	200ml（2ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批

3115	C14230120200002017540000002	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	200ml（5ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3116	C14230120200002017540000003	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	200ml（3ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3117	C14230120200002017540000004	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	150ml（5ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批

3118	C14230120200002017540000005	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	100ml（2ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3119	C14230120200002017540000007	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	100ml（3ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3120	C14230120200002017540000008	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	200ml（4ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批

3121	C14230120200002017540000010	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	100ml（4ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3122	C14230120200002017540000011	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	200ml（5ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3123	C14230120200002017540000012	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	100ml（2ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批

3124	C14230120200002017540000013	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	100ml（4ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3125	C14230120200002017540000014	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	200ml（3ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3126	C14230120200002017540000015	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	150ml（4ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批

3127	C14230120200002017540000016	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	150ml（3ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3128	C14230120200002017540000017	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	150ml（5ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3129	C14230120200002017540000021	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	150ml（4ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批

3130	C14230120200002017540000024	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	150ml（2ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3131	C14230120200002017540000026	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	150ml（2ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3132	C14230120200002017540000027	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	200ml（4ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批

3133	C14230120200002017540000028	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	100ml（5ml/h）	CBI+PCA	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3134	C14230120200002017540000029	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	200ml（2ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
3135	C14230120200002017540000030	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	150ml（3ml/h）	CBI	国械注准20173144579	丙类	202-输液器类	是-重庆	中选	输注泵带量采购目录-浙江2024	是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	输液泵管	本产品适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。	由加药口三通、护帽、护瓶、贮液囊、药液过滤器（5um）、限流装置、自控给液装置（PCA）、管路、止流夹、外圆锥接头组成。产品经环氧乙烷灭菌	通过			第11批

3136	C10080117000003017540000001	血液透析器	HD-10L	HD-10L	国械注准20243101182	乙类	170-血液透析器类	否			是	311000008	血液透析滤过	含透析液、置换液	透析器、回路管	血液透析器	适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。	血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。透析膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品	通过			第11批
3137	C10080117000003017540000002	血液透析器	HD-19L	HD-19L	国械注准20243101182	乙类	170-血液透析器类	否			是	311000008	血液透析滤过	含透析液、置换液	透析器、回路管	血液透析器	适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。	血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。透析膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品	通过			第11批

3138	C10080117000003017540000003	血液透析器	HD-14L	HD-14L	国械注准20243101182	乙类	170-血液透析器类	否			是	311000006	血液透析	含液体；包括碳酸液透析或醋酸液透析	透析器、回路管	透析器	适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。	血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。透析膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品	通过			第11批
3139	C10080117000003017540000004	血液透析器	HD-15L	HD-15L	国械注准20243101182	乙类	170-血液透析器类	否			是	311000006	血液透析	含液体；包括碳酸液透析或醋酸液透析	透析器、回路管	透析器	适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。	血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。透析膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品	通过			第11批

3140	C10080117000003017540000005	血液透析器	HD-16L	HD-16L	国械注准20243101182	乙类	170-血液透析器类	否			是	311000008	血液透析滤过	含透析液、置换液	透析器、回路管	血液透析器	适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。	血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。透析膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品	通过			第11批
3141	C10080117000003017540000006	血液透析器	HD-13L	HD-13L	国械注准20243101182	乙类	170-血液透析器类	否			是	311000008	血液透析滤过	含透析液、置换液	透析器、回路管	血液透析器	适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。	血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。透析膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品	通过			第11批

3142	C10080117000003017540000007	血液透析器	HD-20L	HD-20L	国械注准20243101182	乙类	170-血液透析器类	否			是	311000008	血液透析滤过	含透析液、置换液	透析器、回路管	血液透析器	适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。	血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。透析膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品	通过			第11批
3143	C10080117000003017540000008	血液透析器	HD-17L	HD-17L	国械注准20243101182	乙类	170-血液透析器类	否			是	311000008	血液透析滤过	含透析液、置换液	透析器、回路管	血液透析器	适用于急慢性肾功能衰竭的血液透析治疗。	血液透析器由外壳、透析膜、端盖、O形圈、封口胶、保护盖组成。透析膜采用聚醚砜材料，外壳和端盖采用聚碳酸酯材料，O形圈采用硅橡胶材料，封口胶采用聚氨酯胶材料，保护盖采用聚丙烯材料。经辐射灭菌，产品	通过			第11批

3144	C10080217100000017540000018	一次性使用血液透析管路	NP22-A	NP22-A	国械注准20243101823	乙类	171-血路管类	否			是	311000006	血液透析	含液体：包括碳酸液透析或醋酸液透析	透析器、回路管	回路管	本产品供血液透析建立血液通道使用。	一次性使用血液透析管路由保护帽、冲洗接头、旋转接头、主管止水夹、主管路、采样口、T型三通、辅管止水夹、辅助管路、辅助管路接头、泵管、泵管接头、抗凝剂管路、抗凝剂管路接头、动脉壶盖、动脉壶、透析器接头、透析器接头保护帽、血液过滤器、静脉壶、静脉壶盖、压力传感器	通过			第11批

3145	C10080217100000017540000022	一次性使用血液透析管路	NP22-B	NP22-B	国械注准20243101823	乙类	171-血路管类	否			是	311000006	血液透析	含液体：包括碳酸液透析或醋酸液透析	透析器、回路管	回路管	本产品供血液透析建立血液通道使用。	一次性使用血液透析管路由保护帽、冲洗接头、旋转接头、主管止水夹、主管路、采样口、T型三通、辅管止水夹、辅助管路、辅助管路接头、泵管、泵管接头、抗凝剂管路、抗凝剂管路接头、动脉壶盖、动脉壶、透析器接头、透析器接头保护帽、血液过滤器、静脉壶、静脉壶盖、压力传感器	通过			第11批

3146	C14080518600000048170000089	生物胶	0.9ml	B型	赣械注准20242140132	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分不发挥药理学作用。	本产品由生物胶、涂抹器（或塑料软瓶）和巴氏吸管（选配件）组成。其中液体成分为2-氰基丙烯酸辛酯、氰基丙烯酸正丁酯、稳定剂——叔丁基-4-羟基苯甲醚。A型由生物胶、塑料软瓶和涂抹头组成，B型由生物胶、涂抹器和巴氏吸管组成，C型由生物胶和涂抹器组成；其中涂抹头材质为硅	通过			第11批

3147	C14080518600000048170000102	生物胶	1ml	B型	赣械注准20242140132	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分不发挥药理学作用。	本产品由生物胶、涂抹器（或塑料软瓶）和巴氏吸管（选配件）组成。其中液体成分为2-氰基丙烯酸辛酯、氰基丙烯酸正丁酯、稳定剂——叔丁基-4-羟基苯甲醚。A型由生物胶、塑料软瓶和涂抹头组成，B型由生物胶、涂抹器和巴氏吸管组成，C型由生物胶和涂抹器组成；其中涂抹头材质为硅	通过			第11批

3148	C14080518600000048170000107	生物胶	0.45ml	B型	赣械注准20242140132	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分不发挥药理学作用。	本产品由生物胶、涂抹器（或塑料软瓶）和巴氏吸管（选配件）组成。其中液体成分为2-氰基丙烯酸辛酯、氰基丙烯酸正丁酯、稳定剂——叔丁基-4-羟基苯甲醚。A型由生物胶、塑料软瓶和涂抹头组成，B型由生物胶、涂抹器和巴氏吸管组成，C型由生物胶和涂抹器组成；其中涂抹头材质为硅	通过			第11批

3149	C14080518600000048170000108	生物胶	1.1ml	B型	赣械注准20242140132	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分不发挥药理学作用。	本产品由生物胶、涂抹器（或塑料软瓶）和巴氏吸管（选配件）组成。其中液体成分为2-氰基丙烯酸辛酯、氰基丙烯酸正丁酯、稳定剂——叔丁基-4-羟基苯甲醚。A型由生物胶、塑料软瓶和涂抹头组成，B型由生物胶、涂抹器和巴氏吸管组成，C型由生物胶和涂抹器组成；其中涂抹头材质为硅	通过			第11批

3150	C14080518600000048170000118	生物胶	2ml	B型	赣械注准20242140132	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分不发挥药理学作用。	本产品由生物胶、涂抹器（或塑料软瓶）和巴氏吸管（选配件）组成。其中液体成分为2-氰基丙烯酸辛酯、氰基丙烯酸正丁酯、稳定剂——叔丁基-4-羟基苯甲醚。A型由生物胶、塑料软瓶和涂抹头组成，B型由生物胶、涂抹器和巴氏吸管组成，C型由生物胶和涂抹器组成；其中涂抹头材质为硅	通过			第11批

3151	C14080518600000048170000132	生物胶	1.8ml	B型	赣械注准20242140132	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分不发挥药理学作用。	本产品由生物胶、涂抹器（或塑料软瓶）和巴氏吸管（选配件）组成。其中液体成分为2-氰基丙烯酸辛酯、氰基丙烯酸正丁酯、稳定剂——叔丁基-4-羟基苯甲醚。A型由生物胶、塑料软瓶和涂抹头组成，B型由生物胶、涂抹器和巴氏吸管组成，C型由生物胶和涂抹器组成；其中涂抹头材质为硅	通过			第11批

3152	C17010821606000084060000001	猪皮脱细胞真皮基质敷料	150mm×100mm	150mm×100mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3153	C17010821606000084060000002	猪皮脱细胞真皮基质敷料	100mm×100mm	100mm×100mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3154	C17010821606000084060000003	猪皮脱细胞真皮基质敷料	200mm×150mm	200mm×150mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3155	C17010821606000084060000004	猪皮脱细胞真皮基质敷料	120mm×80mm	120mm×80mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3156	C17010821606000084060000005	猪皮脱细胞真皮基质敷料	200mm×200mm	200mm×200mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3157	C17010821606000084060000006	猪皮脱细胞真皮基质敷料	200mm×100mm	200mm×100mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3158	C17010821606000084060000007	猪皮脱细胞真皮基质敷料	50mm×50mm	50mm×50mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3159	C17010821606000084060000008	猪皮脱细胞真皮基质敷料	400mm×200mm	400mm×200mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3160	C17010821606000084060000009	猪皮脱细胞真皮基质敷料	400mm×250mm	400mm×250mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3161	C17010821606000084060000010	猪皮脱细胞真皮基质敷料	500mm×250mm	500mm×250mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3162	C17010821606000084060000011	猪皮脱细胞真皮基质敷料	500mm×200mm	500mm×200mm	国械注准20193141901	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品适用于Ⅱ度烧伤创面，供皮区创面覆盖。	该产品以猪皮为原料，经纯化处理冷冻干燥后成型加工而成。该产品一次性使用，经辐照灭菌。	通过			第11批

3163	C17010521601000840600000004	藻酸盐敷料	100mm×150mm	自粘型	苏械注准20162141409	丙类	216-敷料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	藻酸盐敷料	通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于非慢性创面的覆盖和护理。	藻酸盐敷料分为自粘型和非自粘型两种，非自粘型由敷料块和护膜组成，自粘型由背衬、护创垫、护膜组成。非自粘型的敷料块采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成，护膜采用格拉辛纸；自粘型藻酸盐敷料的背衬采用水刺无纺布或PU 膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘剂制成，护创垫采用非织造	通过			第11批

3164	C17010521601000840600000005	藻酸盐敷料	100mm×150mm	非自粘型	苏械注准20162141409	丙类	216-敷料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	藻酸盐敷料	通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于非慢性创面的覆盖和护理。	藻酸盐敷料分为自粘型和非自粘型两种，非自粘型由敷料块和护膜组成，自粘型由背衬、护创垫、护膜组成。非自粘型的敷料块采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成，护膜采用格拉辛纸；自粘型藻酸盐敷料的背衬采用水刺无纺布或PU 膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘剂制成，护创垫采用非织造	通过			第11批

3165	C17010521601000840600000007	藻酸盐敷料	30mm×300mm	非自粘型	苏械注准20162141409	丙类	216-敷料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	藻酸盐敷料	通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于非慢性创面的覆盖和护理。	藻酸盐敷料分为自粘型和非自粘型两种，非自粘型由敷料块和护膜组成，自粘型由背衬、护创垫、护膜组成。非自粘型的敷料块采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成，护膜采用格拉辛纸；自粘型藻酸盐敷料的背衬采用水刺无纺布或PU 膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘剂制成，护创垫采用非织造	通过			第11批

3166	C17010521601000840600000010	藻酸盐敷料	30mm×30mm	非自粘型	苏械注准20162141409	丙类	216-敷料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	藻酸盐敷料	通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于非慢性创面的覆盖和护理。	藻酸盐敷料分为自粘型和非自粘型两种，非自粘型由敷料块和护膜组成，自粘型由背衬、护创垫、护膜组成。非自粘型的敷料块采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成，护膜采用格拉辛纸；自粘型藻酸盐敷料的背衬采用水刺无纺布或PU 膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘剂制成，护创垫采用非织造	通过			第11批

3167	C17010521601000840600000017	藻酸盐敷料	80mm×80mm	自粘型	苏械注准20162141409	丙类	216-敷料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	藻酸盐敷料	通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于非慢性创面的覆盖和护理。	藻酸盐敷料分为自粘型和非自粘型两种，非自粘型由敷料块和护膜组成，自粘型由背衬、护创垫、护膜组成。非自粘型的敷料块采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成，护膜采用格拉辛纸；自粘型藻酸盐敷料的背衬采用水刺无纺布或PU 膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘剂制成，护创垫采用非织造	通过			第11批

3168	C17010521601000840600000019	藻酸盐敷料	150mm×150mm	自粘型	苏械注准20162141409	丙类	216-敷料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	藻酸盐敷料	通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于非慢性创面的覆盖和护理。	藻酸盐敷料分为自粘型和非自粘型两种，非自粘型由敷料块和护膜组成，自粘型由背衬、护创垫、护膜组成。非自粘型的敷料块采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成，护膜采用格拉辛纸；自粘型藻酸盐敷料的背衬采用水刺无纺布或PU 膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘剂制成，护创垫采用非织造	通过			第11批

3169	C17010521601000840600000020	藻酸盐敷料	150mm×200mm	自粘型	苏械注准20162141409	丙类	216-敷料类	否			是	310402022	前鼻孔填塞		藻酸盐敷料和膨胀止血海绵	藻酸盐敷料	通过亲水性纤维吸收创面渗出液，一般还需二级敷料进行固定。用于非慢性创面的覆盖和护理。	藻酸盐敷料分为自粘型和非自粘型两种，非自粘型由敷料块和护膜组成，自粘型由背衬、护创垫、护膜组成。非自粘型的敷料块采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成，护膜采用格拉辛纸；自粘型藻酸盐敷料的背衬采用水刺无纺布或PU 膜涂以低过敏的丙烯酸酯胶粘剂制成，护创垫采用非织造	通过			第11批
3170	C14020225800005084060000006	藻酸盐护脐带	45×9(7×6)	45×9(7×6)	苏械注准20222142037	丙类	258-脐带护理类	否			是	120100008	新生儿特殊护理	包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴、功能训练、脐带结扎等	新生儿脐部敷贴、包扎保护带、绷带卷、肛管	新生儿脐部敷贴	供新生儿断脐部位保护。	藻酸盐护脐带由带有粘扣带的弹性绷带和护创垫组成。弹性绷带采用纯棉材料，护创垫采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使	通过			第11批

3171	C14020225800005084060000009	藻酸盐护脐带	48×9(8×6)	48×9(8×6)	苏械注准20222142037	丙类	258-脐带护理类	否			是	120100008	新生儿特殊护理	包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴、功能训练、脐带结扎等	新生儿脐部敷贴、包扎保护带、绷带卷、肛管	新生儿脐部敷贴	供新生儿断脐部位保护。	藻酸盐护脐带由带有粘扣带的弹性绷带和护创垫组成。弹性绷带采用纯棉材料，护创垫采用非织造海藻酸钙纤维无纺布制成。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使	通过			第11批
3172	C01030500302001110810000113	一次性使用无菌经皮肾扩张套件	0.035in*65cm	导引钢丝0.035in*65cm	鄂械注准20182032579	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		扩张器	供泌尿外科手术中，建立经皮入路。	由扩张器、扩张鞘、探针、导引钢丝组成。扩张器管体由聚乙烯(PE)制成，扩张器接头和扩张鞘接头由聚丙烯(PP)制成，扩张鞘管体由聚四氟乙烯(PTFE)制成，探针的针座由聚碳酸酯(PC)制成，针管、针芯和导引钢丝由06Cr19Ni10牌号的奥氏体不锈钢制成。	通过			第11批

3173	C01032302600002110810000001	一次性使用无菌经皮肾扩张套件-探针	18G*20CM	探针18G*20CM	鄂械注准20182032579	丙类	026-穿刺器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		扩张器	供泌尿外科手术中，建立经皮入路。	由扩张器、扩张鞘、探针、导引钢丝组成。扩张器管体由聚乙烯(PE)制成，扩张器接头和扩张鞘接头由聚丙烯(PP)制成，扩张鞘管体由聚四氟乙烯(PTFE)制成，探针的针座由聚碳酸酯(PC)制成，针管、针芯和导引钢丝由06Cr19Ni10牌号的奥氏体不锈钢制成。	通过			第11批

3174	C01032302600002110810000002	一次性使用无菌经皮肾扩张套件-探针	22G*20CM	探针22G*20CM	鄂械注准20182032579	丙类	026-穿刺器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		扩张器	供泌尿外科手术中，建立经皮入路。	由扩张器、扩张鞘、探针、导引钢丝组成。扩张器管体由聚乙烯(PE)制成，扩张器接头和扩张鞘接头由聚丙烯(PP)制成，扩张鞘管体由聚四氟乙烯(PTFE)制成，探针的针座由聚碳酸酯(PC)制成，针管、针芯和导引钢丝由06Cr19Ni10牌号的奥氏体不锈钢制成。	通过			第11批

3175	C01030500301001110810000014	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32150-P-S	GW-32150-P-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3176	C01030500301001110810000020	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35150-P-J	GW-35150-P-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3177	C01030500301001110810000021	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32100-P-J	GW-32100-P-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3178	C01030500301001110810000024	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32150-P-J	GW-32150-P-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3179	C01030500301001110810000026	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35120-P-J	GW-35120-P-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3180	C01030500301001110810000030	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32080-P-J	GW-32080-P-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3181	C01030500301001110810000054	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-28150-P-J	GW-28150-P-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3182	C01030500301001110810000058	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32120-P-S	GW-32120-P-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3183	C01030500302001110810000022	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-38120-S-J	GW-38120-S-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3184	C01030500302001110810000037	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35120-Z-S	GW-35120-Z-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3185	C01030500302001110810000038	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32100-S-S	GW-32100-S-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3186	C01030500302001110810000044	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32100-Z-S	GW-32100-Z-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3187	C01030500302001110810000064	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32100-S-J	GW-32100-S-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3188	C01030500302001110810000067	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35080-Z-J	GW-35080-Z-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3189	C01030500302001110810000070	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-25120-Z-S	GW-25120-Z-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3190	C01030500302001110810000079	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-25100-S-J	GW-25100-S-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3191	C01030500302001110810000082	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32080-Z-J	GW-32080-Z-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3192	C01030500302001110810000086	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35150-Z-S	GW-35150-Z-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3193	C01030500302001110810000089	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35120-S-J	GW-35120-S-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3194	C01030500302001110810000090	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-32120-S-J	GW-32120-S-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3195	C01030500302001110810000091	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35120-S-S	GW-35120-S-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3196	C01030500302001110810000100	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-28080-S-S	GW-28080-S-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3197	C01030500302001110810000109	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35150-S-J	GW-35150-S-J	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第11批

3198	C01021100400002220650000001	一次性使用胆胰管内窥镜导管	CHC3612	CHC3612	鄂械注准20232064532	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	本产品与电子内窥镜图像处理器（型号CH100）连接使用，专为胆胰系统的内镜手术过程的诊疗应用提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。	本产品由手柄、工作通道端口、旋钮1、旋钮2、拨杆、手柄信号线、冲洗端口、吸引端口、手柄线插头、摄像模组（集成了视频传感器和照明元件）、可弯曲段、弯曲插入部，旋转式Y阀组成。本产品为一次性使用环氧乙烷已灭菌产品。	通过			第11批
3199	C04080112300002021700000002	植入式可充电脑深部神经刺激器	SR1101-16	SR1101-16	国械注准20233121566	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	310702007	永久起搏器安置术		起搏器、心导管、电极	起搏器	该产品与适配的延伸导线和电极导线联合使用，对患者丘脑底核进行刺激，用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治	该产品由神经刺激器、扳手和密封塞组成。	通过			第11批

3200	C16010110200001131610000017	一次性泵用储药器	R-3	R-3	国械注准20193140926		102-注射器类	否			是	310208001	胰岛素泵持续皮下注射胰岛素		管路	管路	一次性泵用储药器与一次性泵用输液器、输注设备配合使用，用于胰岛素、促性腺激素释放激素的皮下输注。	一次性泵用储药器由外套（含锥头）、活塞、芯杆、抽药针、保护套组成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	不通过	一次性泵用储药器是储药器，与除外内容不一致，不是管路。		第11批
3201	C01060200700005218460000001	一次性活检针	SA-BC2025	SA-BC2025	苏械注准20242141188	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮穿刺进行实质性脏器及其他软组织活检（不用于骨活检）。	一次性活检针由内针杆、外针管、保护套以及机械动力装置组成。选配件同轴针由内针杆、外针管、保护套、定位卡簧、外针管座以及内针杆座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。一次性活检针由内针杆、外针管、保护套以及机械动力装置组成。选配件同轴针由	通过			第11批

3202	C01060200700005218460000002	一次性活检针	SA-AC1425	SA-AC1425	苏械注准20242141188	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮穿刺进行实质性脏器及其他软组织活检（不用于骨活检）。	一次性活检针由内针杆、外针管、保护套以及机械动力装置组成。选配件同轴针由内针杆、外针管、保护套、定位卡簧、外针管座以及内针杆座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。一次性活检针由内针杆、外针管、保护套以及机械动力装置组成。选配件同轴针由	通过			第11批

3203	C01060200700005218460000032	一次性活检针	SA-BC2020	SA-BC2020	苏械注准20242141188	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮穿刺进行实质性脏器及其他软组织活检（不用于骨活检）。	一次性活检针由内针杆、外针管、保护套以及机械动力装置组成。选配件同轴针由内针杆、外针管、保护套、定位卡簧、外针管座以及内针杆座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。一次性活检针由内针杆、外针管、保护套以及机械动力装置组成。选配件同轴针由	通过			第11批

3204	C14080318500045068230000002	合成可吸收性外科缝线	1	CLT958	国械注进20163020727	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	适用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经组织。	材质为乙交酯和丙交酯的共聚物，是多股编织涂层，未染色或经D&C紫色2号染色剂染为紫色的缝线，分为带针和不带针两种，规格从2到8-1。涂层材质为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。	通过			第11批

3205	C14080318500045068230000007	合成可吸收性外科缝线	2-0	CLT953	国械注进20163020727	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	适用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经组织。	材质为乙交酯和丙交酯的共聚物，是多股编织涂层，未染色或经D&C紫色2号染色剂染为紫色的缝线，分为带针和不带针两种，规格从2到8-6。涂层材质为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。	通过			第11批

3206	C14080318500045068230000008	合成可吸收性外科缝线	1	CL949	国械注进20163020727	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	适用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经组织。	材质为乙交酯和丙交酯的共聚物，是多股编织涂层，未染色或经D&C紫色2号染色剂染为紫色的缝线，分为带针和不带针两种，规格从2到8-7。涂层材质为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。	通过			第11批

3207	C14080318500045068230000009	合成可吸收性外科缝线	0	CLT957	国械注进20163020727	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	适用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经组织。	材质为乙交酯和丙交酯的共聚物，是多股编织涂层，未染色或经D&C紫色2号染色剂染为紫色的缝线，分为带针和不带针两种，规格从2到8-8。涂层材质为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。	通过			第11批

3208	C14080318500045068230000010	合成可吸收性外科缝线	1	CL271	国械注进20163020727	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	适用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经组织。	材质为乙交酯和丙交酯的共聚物，是多股编织涂层，未染色或经D&C紫色2号染色剂染为紫色的缝线，分为带针和不带针两种，规格从2到8-9。涂层材质为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。	通过			第11批

3209	C14080318500045068230000011	合成可吸收性外科缝线	3-0	CLT952	国械注进20163020727	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	适用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经组织。	材质为乙交酯和丙交酯的共聚物，是多股编织涂层，未染色或经D&C紫色2号染色剂染为紫色的缝线，分为带针和不带针两种，规格从2到8-10。涂层材质为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。	通过			第11批

3210	C14080318500045068230000012	合成可吸收性外科缝线	1	CLT855	国械注进20163020727	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工合成缝线	适用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经组织。	材质为乙交酯和丙交酯的共聚物，是多股编织涂层，未染色或经D&C紫色2号染色剂染为紫色的缝线，分为带针和不带针两种，规格从2到8-11。涂层材质为乙交酯/己内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。	通过			第11批

3211	C02031205700000247460000001	经导管二尖瓣修复系统-导管鞘组件	GSS-22F	GSS-22F	国械注准20253130967		057-夹合装置类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	修补材料	该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病	该产品由两部分组成：夹合器及输送系统和导管鞘组件。夹合器及输送系统由夹合器、植入导管和可操控套管组成。导管鞘组件由导管鞘和扩张器组成，导管鞘包括可调弯鞘和手柄。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	不通过	与除外耗材名称不一致，疑似系统组件。		第11批

3212	C02031205700000247460000002	经导管二尖瓣修复系统-夹合器及输送系统	CDS-G9	CDS-G9	国械注准20253130967		057-夹合装置类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	修补材料	该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病	该产品由两部分组成：夹合器及输送系统和导管鞘组件。夹合器及输送系统由夹合器、植入导管和可操控套管组成。导管鞘组件由导管鞘和扩张器组成，导管鞘包括可调弯鞘和手柄。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	不通过	与除外耗材名称不一致，疑似系统组件。		第11批

3213	C02031205700000247460000003	经导管二尖瓣修复系统-夹合器及输送系统	CDS-G9S	CDS-G9S	国械注准20253130967		057-夹合装置类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	修补材料	该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病	该产品由两部分组成：夹合器及输送系统和导管鞘组件。夹合器及输送系统由夹合器、植入导管和可操控套管组成。导管鞘组件由导管鞘和扩张器组成，导管鞘包括可调弯鞘和手柄。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	不通过	与除外耗材名称不一致，疑似系统组件。		第11批

3214	C02031205700000247460000004	经导管二尖瓣修复系统-夹合器及输送系统	CDS-G12	CDS-G12	国械注准20253130967		057-夹合装置类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	修补材料	该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病	该产品由两部分组成：夹合器及输送系统和导管鞘组件。夹合器及输送系统由夹合器、植入导管和可操控套管组成。导管鞘组件由导管鞘和扩张器组成，导管鞘包括可调弯鞘和手柄。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	不通过	与除外耗材名称不一致，疑似系统组件。		第11批

3215	C02031205700000247460000005	经导管二尖瓣修复系统-夹合器及输送系统	CDS-G12S	CDS-G12S	国械注准20253130967		057-夹合装置类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	修补材料	该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病	该产品由两部分组成：夹合器及输送系统和导管鞘组件。夹合器及输送系统由夹合器、植入导管和可操控套管组成。导管鞘组件由导管鞘和扩张器组成，导管鞘包括可调弯鞘和手柄。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	不通过	与除外耗材名称不一致，疑似系统组件。		第11批

3216	C02031205700000247460000006	经导管二尖瓣修复系统-夹合器及输送系统	CDS-G9P	CDS-G9P	国械注准20253130967		057-夹合装置类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	修补材料	该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病	该产品由两部分组成：夹合器及输送系统和导管鞘组件。夹合器及输送系统由夹合器、植入导管和可操控套管组成。导管鞘组件由导管鞘和扩张器组成，导管鞘包括可调弯鞘和手柄。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	不通过	与除外耗材名称不一致，疑似系统组件。		第11批

3217	C02031205700000247460000007	经导管二尖瓣修复系统-夹合器及输送系统	CDS-G12P	CDS-G12P	国械注准20253130967		057-夹合装置类	否			是	330801	心瓣膜和心间隔手术		隔离人工瓣膜、同种异体瓣膜、人工血管和各种修补材料等	修补材料	该产品采用经皮方式，适用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。此类心脏团队成员需要包括有二尖瓣手术经验的心脏外科医生和有二尖瓣疾病	该产品由两部分组成：夹合器及输送系统和导管鞘组件。夹合器及输送系统由夹合器、植入导管和可操控套管组成。导管鞘组件由导管鞘和扩张器组成，导管鞘包括可调弯鞘和手柄。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	不通过	与除外耗材名称不一致，疑似系统组件。		第11批

3218	C02061800215016115090000001	外周造影球囊导管系统	BMC-105-1.9F	BMC-105-1.9F	国械注准20243030281	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于向外周血管内注入造影剂，进行血管内造影。	该产品由造影球囊导管、导入鞘、三通阀、塑形针、1ml注射器、冲选器、卸压器组成。其中造影球囊导管由导管座、应力保护套、管体、球囊、显影环组成，两个显影环分别标识尖端和球囊位置。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第11批

3219	C02061800215016115090000002	外周造影球囊导管系统	BMC-130-1.9F	BMC-130-1.9F	国械注准20243030281	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于向外周血管内注入造影剂，进行血管内造影。	该产品由造影球囊导管、导入鞘、三通阀、塑形针、1ml注射器、冲选器、卸压器组成。其中造影球囊导管由导管座、应力保护套、管体、球囊、显影环组成，两个显影环分别标识尖端和球囊位置。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第11批

3220	C0206180021501611509000003	外周造影球囊导管系统	BMC-150-1.9F	BMC-150-1.9F	国械注准20243030281	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于向外周血管内注入造影剂，进行血管内造影。	该产品由造影球囊导管、导入鞘、三通阀、塑形针、1ml注射器、冲选器、卸压器组成。其中造影球囊导管由导管座、应力保护套、管体、球囊、显影环组成，两个显影环分别标识尖端和球囊位置。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第11批

3221	C02064006502009030890000045	栓塞弹簧圈	MWCE-18S-7/3-TORNADO-01	MWCE-18S-7/3-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3222	C02064006502009030890000048	栓塞弹簧圈	MWCE-18S-3/2-TORNADO-01	MWCE-18S-3/2-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3223	C02064006502009030890000049	栓塞弹簧圈	MWCE-18S-4/2-TORNADO-01	MWCE-18S-4/2-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3224	C02064006502009030890000050	栓塞弹簧圈	MWCE-18S-5/2-TORNADO-01	MWCE-18S-5/2-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3225	C02064006502009030890000051	栓塞弹簧圈	MWCE-18S-10/4-TORNADO-01	MWCE-18S-10/4-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3226	C02064006502009030890000054	栓塞弹簧圈	MWCE-18S-8/4-TORNADO-01	MWCE-18S-8/4-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3227	C02064006502010030890000120	栓塞弹簧圈	MWCE-35-8/5-TORNADO-01	MWCE-35-8/5-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3228	C02064006502010030890000121	栓塞弹簧圈	MWCE-35-7/3-TORNADO-01	MWCE-35-7/3-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3229	C02064006502010030890000123	栓塞弹簧圈	MWCE-35-5/3-TORNADO-01	MWCE-35-5/3-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3230	C02064006502010030890000125	栓塞弹簧圈	MWCE-35-4/3-TORNADO-01	MWCE-35-4/3-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3231	C02064006502010030890000126	栓塞弹簧圈	MWCE-35-10/5-TORNADO-01	MWCE-35-10/5-TORNADO-01	国械注进20243130551	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂钨合金和尼龙纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3232	C02064006502013030890000031	栓塞弹簧圈	MWCE-18-14-4-NESTER-01	MWCE-18-14-4-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3233	C02064006502013030890000032	栓塞弹簧圈	MWCE-18-2-2-NESTER-01	MWCE-18-2-2-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3234	C02064006502013030890000033	栓塞弹簧圈	MWCE-18-14-5-NESTER-01	MWCE-18-14-5-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3235	C02064006502013030890000034	栓塞弹簧圈	MWCE-18-3-2-NESTER-01	MWCE-18-3-2-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3236	C02064006502013030890000035	栓塞弹簧圈	MWCE-18-14-6-NESTER-01	MWCE-18-14-6-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3237	C02064006502013030890000036	栓塞弹簧圈	MWCE-18-3-3-NESTER-01	MWCE-18-3-3-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3238	C02064006502013030890000037	栓塞弹簧圈	MWCE-18-14-8-NESTER-01	MWCE-18-14-8-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3239	C02064006502013030890000038	栓塞弹簧圈	MWCE-18-14-10-NESTER-01	MWCE-18-14-10-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3240	C02064006502013030890000041	栓塞弹簧圈	MWCE-18-5-5-NESTER-01	MWCE-18-5-5-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3241	C02064006502013030890000049	栓塞弹簧圈	MWCE-18-14-3-NESTER-01	MWCE-18-14-3-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3242	C02064006502014030890000058	栓塞弹簧圈	MWCE-35-14-20-NESTER-01	MWCE-35-14-20-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3243	C02064006502014030890000066	栓塞弹簧圈	MWCE-35-14-8-NESTER-01	MWCE-35-14-8-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3244	C02064006502014030890000067	栓塞弹簧圈	MWCE-35-14-10-NESTER-01	MWCE-35-14-10-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3245	C02064006502014030890000073	栓塞弹簧圈	MWCE-35-20-14-NESTER-01	MWCE-35-20-14-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3246	C02064006502014030890000075	栓塞弹簧圈	MWCE-35-20-18-NESTER-01	MWCE-35-20-18-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3247	C02064006502014030890000076	栓塞弹簧圈	MWCE-35-20-20-NESTER-01	MWCE-35-20-20-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3248	C02064006502014030890000080	栓塞弹簧圈	MWCE-35-14-12-NESTER-01	MWCE-35-14-12-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3249	C02064006502014030890000081	栓塞弹簧圈	MWCE-35-14-14-NESTER-01	MWCE-35-14-14-NESTER-01	国械注进20243130554	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	该产品由装载筒和弹簧圈组成，弹簧圈由铂金丝和人造纤维制成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期5年。	通过			第11批

3250	C14230220300008121580000035	一次性使用真空采血管	12ml	PRP提取管（分离胶＋柠檬酸钠）	甘械注准20192220006	丙类	203-采血管类	否			是	310800029	富血小板血浆（PRP）治疗术	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，抽取患者自身血液，注入离心管内，将离心管放入专用离心机内进行分离，分离出富血小板血浆（PRP）。	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	PRP提取管：与一次性静脉采血针和持针器配套使用，用于人体静脉血样的收集、运输、存储。可用于离心，获取富血小板血浆（PRP）。CGF提取管：用于人体静脉血样的收集、运输、存储。可用于离心，获取浓缩生长因子（CGF），与一次性静脉采血针或持针器配套使用。其余型号：与	一次性真空采血管主要由PET管身、试管帽、丁基胶塞、标签、添加剂（或无添加剂）组成。	通过			第11批

3251	C14230220300008121580000037	一次性使用真空采血管	8ml	PRP提取管（分离胶＋柠檬酸钠）	甘械注准20192220006	丙类	203-采血管类	否			是	310800029	富血小板血浆（PRP）治疗术	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，抽取患者自身血液，注入离心管内，将离心管放入专用离心机内进行分离，分离出富血小板血浆（PRP）。	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	PRP提取管：与一次性静脉采血针和持针器配套使用，用于人体静脉血样的收集、运输、存储。可用于离心，获取富血小板血浆（PRP）。CGF提取管：用于人体静脉血样的收集、运输、存储。可用于离心，获取浓缩生长因子（CGF），与一次性静脉采血针或持针器配套使用。其余型号：与	一次性真空采血管主要由PET管身、试管帽、丁基胶塞、标签、添加剂（或无添加剂）组成。	通过			第11批

3252	C14230220300008121580000048	一次性使用真空采血管	20ml	PRP提取管（分离胶＋柠檬酸钠）	甘械注准20192220006	丙类	203-采血管类	否			是	310800029	富血小板血浆（PRP）治疗术	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，抽取患者自身血液，注入离心管内，将离心管放入专用离心机内进行分离，分离出富血小板血浆（PRP）。	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	PRP提取管：与一次性静脉采血针和持针器配套使用，用于人体静脉血样的收集、运输、存储。可用于离心，获取富血小板血浆（PRP）。CGF提取管：用于人体静脉血样的收集、运输、存储。可用于离心，获取浓缩生长因子（CGF），与一次性静脉采血针或持针器配套使用。其余型号：与	一次性真空采血管主要由PET管身、试管帽、丁基胶塞、标签、添加剂（或无添加剂）组成。	通过			第11批

3253	C03100123200002242640000001	一次性电子关节内窥镜导管	SAS3701	SAS3701	浙械注准20252061041		232-关节镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于关节疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野。	产品由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	除外耗材是导管，从结构及组成未见导管。		第11批

3254	C03100123200002242640000002	一次性电子关节内窥镜导管	SAS3702	SAS3702	浙械注准20252061041		232-关节镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于关节疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野。	产品由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	除外耗材是导管，从结构及组成未见导管。		第11批

3255	C03100123200002242640000003	一次性电子关节内窥镜导管	SAS3704	SAS3704	浙械注准20252061041		232-关节镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于关节疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野。	产品由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	除外耗材是导管，从结构及组成未见导管。		第11批

3256	C03100123200002242640000004	一次性电子关节内窥镜导管	SAS3705	SAS3705	浙械注准20252061041		232-关节镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于关节疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野。	产品由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	除外耗材是导管，从结构及组成未见导管。		第11批

3257	C03100123300003242640000001	一次性电子脊柱内窥镜导管	SSS3201	SSS3201	浙械注准20252061055		233-内窥镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于脊柱疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野，同时可以与内窥镜器械配合使用，用于脊柱疾病的治疗。	SSS3201、SSS3202、SSS3207、SSS3208、SSS3209、SSS3210由末端光学表面、内窥镜插入部、冲洗通道、器械通道、手柄和线缆组成；SSS3203、SSS3204、SSS3205、SSS3206由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	组成结构和适用范围看不出来具体成份		第11批

3258	C03100123300003242640000002	一次性电子脊柱内窥镜导管	SSS3202	SSS3202	浙械注准20252061055		233-内窥镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于脊柱疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野，同时可以与内窥镜器械配合使用，用于脊柱疾病的治疗。	SSS3201、SSS3202、SSS3207、SSS3208、SSS3209、SSS3210由末端光学表面、内窥镜插入部、冲洗通道、器械通道、手柄和线缆组成；SSS3203、SSS3204、SSS3205、SSS3206由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	组成结构和适用范围看不出来具体成份		第11批

3259	C03100123300003242640000003	一次性电子脊柱内窥镜导管	SSS3205	SSS3205	浙械注准20252061055		233-内窥镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于脊柱疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野，同时可以与内窥镜器械配合使用，用于脊柱疾病的治疗。	SSS3201、SSS3202、SSS3207、SSS3208、SSS3209、SSS3210由末端光学表面、内窥镜插入部、冲洗通道、器械通道、手柄和线缆组成；SSS3203、SSS3204、SSS3205、SSS3206由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	组成结构和适用范围看不出来具体成份		第11批

3260	C03100123300003242640000004	一次性电子脊柱内窥镜导管	SSS3207	SSS3207	浙械注准20252061055		233-内窥镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于脊柱疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野，同时可以与内窥镜器械配合使用，用于脊柱疾病的治疗。	SSS3201、SSS3202、SSS3207、SSS3208、SSS3209、SSS3210由末端光学表面、内窥镜插入部、冲洗通道、器械通道、手柄和线缆组成；SSS3203、SSS3204、SSS3205、SSS3206由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	组成结构和适用范围看不出来具体成份		第11批

3261	C03100123300003242640000005	一次性电子脊柱内窥镜导管	SSS3208	SSS3208	浙械注准20252061055		233-内窥镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于脊柱疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野，同时可以与内窥镜器械配合使用，用于脊柱疾病的治疗。	SSS3201、SSS3202、SSS3207、SSS3208、SSS3209、SSS3210由末端光学表面、内窥镜插入部、冲洗通道、器械通道、手柄和线缆组成；SSS3203、SSS3204、SSS3205、SSS3206由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	组成结构和适用范围看不出来具体成份		第11批

3262	C03100123300003242640000006	一次性电子脊柱内窥镜导管	SSS3209	SSS3209	浙械注准20252061055		233-内窥镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于脊柱疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野，同时可以与内窥镜器械配合使用，用于脊柱疾病的治疗。	SSS3201、SSS3202、SSS3207、SSS3208、SSS3209、SSS3210由末端光学表面、内窥镜插入部、冲洗通道、器械通道、手柄和线缆组成；SSS3203、SSS3204、SSS3205、SSS3206由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	组成结构和适用范围看不出来具体成份		第11批

3263	C03100123300003242640000007	一次性电子脊柱内窥镜导管	SSS3210	SSS3210	浙械注准20252061055		233-内窥镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于脊柱疾病检查、诊断或治疗中的成像，为医师提供视野，同时可以与内窥镜器械配合使用，用于脊柱疾病的治疗。	SSS3201、SSS3202、SSS3207、SSS3208、SSS3209、SSS3210由末端光学表面、内窥镜插入部、冲洗通道、器械通道、手柄和线缆组成；SSS3203、SSS3204、SSS3205、SSS3206由末端光学表面、内窥镜插入部、手柄和线缆组成。	不通过	组成结构和适用范围看不出来具体成份		第11批

3264	C01060102600002229010000001	一次性使用椎间盘穿刺针	UNT-18G110	UNT-18G110	国械注准20243142068	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品用于对腰椎进行穿刺和椎间盘造影术。	一次性使用椎间盘穿刺针由衬芯座、针座、针管和衬芯组成。衬芯座、针座使用材料为聚碳酸酯，针管和衬芯采用不锈钢材料06Cr19Ni10制成。产品环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

3265	C01060102600002229010000002	一次性使用椎间盘穿刺针	UNT-18G150	UNT-18G150	国械注准20243142068	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品用于对腰椎进行穿刺和椎间盘造影术。	一次性使用椎间盘穿刺针由衬芯座、针座、针管和衬芯组成。衬芯座、针座使用材料为聚碳酸酯，针管和衬芯采用不锈钢材料06Cr19Ni10制成。产品环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

3266	C01060102600002229010000003	一次性使用椎间盘穿刺针	UNT-18G180	UNT-18G180	国械注准20243142068	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品用于对腰椎进行穿刺和椎间盘造影术。	一次性使用椎间盘穿刺针由衬芯座、针座、针管和衬芯组成。衬芯座、针座使用材料为聚碳酸酯，针管和衬芯采用不锈钢材料06Cr19Ni10制成。产品环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

3267	C01060102600002229010000008	一次性使用椎间盘穿刺针	UNT-18G200	UNT-18G200	国械注准20243142068	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品用于对腰椎进行穿刺和椎间盘造影术。	一次性使用椎间盘穿刺针由衬芯座、针座、针管和衬芯组成。衬芯座、针座使用材料为聚碳酸酯，针管和衬芯采用不锈钢材料06Cr19Ni10制成。产品环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

3268	C01060102600002229010000013	一次性使用椎间盘穿刺针	UNT-18G145	UNT-18G145	国械注准20243142068	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品用于对腰椎进行穿刺和椎间盘造影术。	一次性使用椎间盘穿刺针由衬芯座、针座、针管和衬芯组成。衬芯座、针座使用材料为聚碳酸酯，针管和衬芯采用不锈钢材料06Cr19Ni10制成。产品环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

3269	C01060102600002229010000018	一次性使用椎间盘穿刺针	UNT-18G175	UNT-18G175	国械注准20243142068	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品用于对腰椎进行穿刺和椎间盘造影术。	一次性使用椎间盘穿刺针由衬芯座、针座、针管和衬芯组成。衬芯座、针座使用材料为聚碳酸酯，针管和衬芯采用不锈钢材料06Cr19Ni10制成。产品环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

3270	C01060102600002229010000021	一次性使用椎间盘穿刺针	UNT-18G105	UNT-18G105	国械注准20243142068	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品用于对腰椎进行穿刺和椎间盘造影术。	一次性使用椎间盘穿刺针由衬芯座、针座、针管和衬芯组成。衬芯座、针座使用材料为聚碳酸酯，针管和衬芯采用不锈钢材料06Cr19Ni10制成。产品环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

3271	C02031500215000033020000001	肺动脉球囊扩张导管	VDC354025	VDC354025	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3272	C02031500215000033020000002	肺动脉球囊扩张导管	VDC253015	VDC253015	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3273	C02031500215000033020000003	肺动脉球囊扩张导管	VDC152020	VDC152020	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3274	C02031500215000033020000004	肺动脉球囊扩张导管	VDC303530	VDC303530	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3275	C02031500215000033020000005	肺动脉球囊扩张导管	VDC203020	VDC203020	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3276	C02031500215000033020000006	肺动脉球囊扩张导管	VDC253025	VDC253025	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3277	C02031500215000033020000007	肺动脉球囊扩张导管	VDC354020	VDC354020	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3278	C02031500215000033020000008	肺动脉球囊扩张导管	VDC202530	VDC202530	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3279	C02031500215000033020000009	肺动脉球囊扩张导管	VDC303520	VDC303520	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3280	C02031500215000033020000010	肺动脉球囊扩张导管	VDC303525	VDC303525	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3281	C02031500215000033020000011	肺动脉球囊扩张导管	VDC354030	VDC354030	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3282	C02031500215000033020000012	肺动脉球囊扩张导管	VDC304025	VDC304025	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3283	C02031500215000033020000013	肺动脉球囊扩张导管	VDC202525	VDC202525	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3284	C02031500215000033020000014	肺动脉球囊扩张导管	VDC253030	VDC253030	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3285	C02031500215000033020000015	肺动脉球囊扩张导管	VDC304015	VDC304015	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3286	C02031500215000033020000016	肺动脉球囊扩张导管	VDC304030	VDC304030	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3287	C02031500215000033020000017	肺动脉球囊扩张导管	VDC202520	VDC202520	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3288	C02031500215000033020000018	肺动脉球囊扩张导管	VDC202515	VDC202515	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3289	C02031500215000033020000019	肺动脉球囊扩张导管	VDC203025	VDC203025	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3290	C02031500215000033020000020	肺动脉球囊扩张导管	VDC354015	VDC354015	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3291	C02031500215000033020000021	肺动脉球囊扩张导管	VDC152030	VDC152030	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3292	C02031500215000033020000022	肺动脉球囊扩张导管	VDC303515	VDC303515	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3293	C02031500215000033020000023	肺动脉球囊扩张导管	VDC253020	VDC253020	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3294	C02031500215000033020000024	肺动脉球囊扩张导管	VDC152025	VDC152025	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3295	C02031500215000033020000025	肺动脉球囊扩张导管	VDC203015	VDC203015	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3296	C02031500215000033020000026	肺动脉球囊扩张导管	VDC304020	VDC304020	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3297	C02031500215000033020000027	肺动脉球囊扩张导管	VDC152015	VDC152015	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3298	C02031500215000033020000028	肺动脉球囊扩张导管	VDC203030	VDC203030	国械注准20253030757	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品适用于经皮肺动脉成形术对不能行肺动脉血栓内膜剥脱术的慢性血栓栓塞性肺动脉高压成人患者、肺动脉血栓内膜剥脱术术后残余或复发肺动脉高压的成人患者进行扩张治疗。	本产品为快速交换型球囊扩张导管，由球囊、标志环、Tip、远端杆、导丝通道、近端杆及导管座组成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期2年。	通过			第11批

3299	C01050602100001033220000006	射频消融电极针	10-161561	10-161561	国械注准20173011299	甲类	021-电极类	否			是	331008013	腹腔恶性肿瘤特殊治疗	指微波和冷冻法	射频电极	射频电极	本产品与S-1500射频治疗仪配合使用，用于肝脏肿瘤的射频消融治疗。	20系列射频消融电极针由电极探针、套管、手柄、热电偶、连接器组成；21系列射频消融电极针由电极探针、套管、手柄、前杆、电热偶、连接器、冲洗接口组成；10系列射频消融电极针由固定电极探针、套管、手柄、前杆、电热偶、连接器、进水管。出水管、鲁尔接头组成。本产品经辐照	通过			第11批

3300	C01050602100001033220000008	射频消融电极针	（水冷）10-161461	10-161461	国械注准20173011299	甲类	021-电极类	否			是	331008013	腹腔恶性肿瘤特殊治疗	指微波和冷冻法	射频电极	射频电极	本产品与S-1500射频治疗仪配合使用，用于肝脏肿瘤的射频消融治疗。	20系列射频消融电极针由电极探针、套管、手柄、热电偶、连接器组成；21系列射频消融电极针由电极探针、套管、手柄、前杆、电热偶、连接器、冲洗接口组成；10系列射频消融电极针由固定电极探针、套管、手柄、前杆、电热偶、连接器、进水管。出水管、鲁尔接头组成。本产品经辐照	通过			第11批

3301	C01050602100001033220000016	射频消融电极针	10-141181	10-141181	国械注准20173011299	甲类	021-电极类	否			是	331008013	腹腔恶性肿瘤特殊治疗	指微波和冷冻法	射频电极	射频电极	本产品与S-1500射频治疗仪配合使用，用于肝脏肿瘤的射频消融治疗。	20系列射频消融电极针由电极探针、套管、手柄、热电偶、连接器组成；21系列射频消融电极针由电极探针、套管、手柄、前杆、电热偶、连接器、冲洗接口组成；10系列射频消融电极针由固定电极探针、套管、手柄、前杆、电热偶、连接器、进水管。出水管、鲁尔接头组成。本产品经辐照	通过			第11批

3302	C02050800400001068230000005	一次性颅内血栓抽吸导管	REACT-71-125	REACT-71-125	国械注进20203030412	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	用于在外周和颅内神经血管内输送介入器材。也适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑卒中的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IVt-PA）或IVt-PA治疗失败的患者是该	该产品是一根单腔、有弹性的、由不同硬度复合材料制成的导管，带有Y型导入鞘附件。导管内层材料是聚四氟乙烯和Engage聚烯烃弹性体。导管含有加固层，由线圈和编织层组成，材料是镍钛合金。导管外层材料包括聚酰胺、聚醚嵌段酰胺、聚烯烃弹性体等。导管远端带有Surmodics	通过			第11批

3303	C02050800400001068230000006	一次性颅内血栓抽吸导管	REACT-71-115	REACT-71-115	国械注进20203030412	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	用于在外周和颅内神经血管内输送介入器材。也适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑卒中的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IVt-PA）或IVt-PA治疗失败的患者是该	该产品是一根单腔、有弹性的、由不同硬度复合材料制成的导管，带有Y型导入鞘附件。导管内层材料是聚四氟乙烯和Engage聚烯烃弹性体。导管含有加固层，由线圈和编织层组成，材料是镍钛合金。导管外层材料包括聚酰胺、聚醚嵌段酰胺、聚烯烃弹性体等。导管远端带有Surmodics	通过			第11批

3304	C03480311301003197030000005	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BBC284544	UNT-BBC284544	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批
3305	C03480311301003197030000007	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BBR284543	UNT-BBR284543	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批

3306	C03480311301003197030000015	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BDA284544	UNT-BDA284544	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批
3307	C03480311301003197030000016	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BBC323534	UNT-BBC323534	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批

3308	C03480311301003197030000023	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BDA244544C	UNT-BDA244544C	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批
3309	C03480311301003197030000036	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BDA323534	UNT-BDA323534	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批

3310	C03480311301003197030000038	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BBC284544C	UNT-BBC284544C	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批
3311	C03480311301003197030000040	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BTT323530	UNT-BTT323530	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批

3312	C03480311301003197030000053	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BDA284544C	UNT-BDA284544C	鲁械注准20232040467	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批
3313	C03480511500000197030000003	一次性无菌刨削头/磨钻头	UNT-BDA323534C	UNT-BDA323534C	鲁械注准20232040467	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的切除处理。	产品由内管和外管组成，内管由刃部、杆部、接口组成，外管由杆部和接口组成。杆部采用不锈钢材料06Cr19Ni10，刃部采用不锈钢材料的20Cr13，磨钻头的刃部磨料颗粒镀层采用金刚石。产品无菌提供。	通过			第11批

3314	C01050300700002037970000012	一次性半自动活检针	19G*70mm，取样长度10/20mm，套管针尖端	CE20120-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检，它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号带有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AIS1304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座位ABS树脂材料制成，针管和针芯(包含平头针芯)均采用不锈钢AIS1304材料制成。产品经	通过			第11批

3315	C01050300700002037970000013	一次性半自动活检针	17G*150mm，取样长度10/20mm，套管针尖端	CE18200-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检。它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AISI304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座为ABS树脂材料制成，针管和针芯）包含平头针芯）均采用不锈钢AISI304材料制成。	通过			第11批

3316	C01050300700002037970000018	一次性半自动活检针	15G*110mm，取样长度10/20mm，套管针尖端	CE16160-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检。它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AISI304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座为ABS树脂材料制成，针管和针芯）包含平头针芯）均采用不锈钢AISI304材料制成。	通过			第11批

3317	C01050300700002037970000021	一次性半自动活检针	17G*50mm，取样长度10/20mm，套管针尖端	CE18100-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检。它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AISI304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座为ABS树脂材料制成，针管和针芯）包含平头针芯）均采用不锈钢AISI304材料制成。	通过			第11批

3318	C01050300700002037970000023	一次性半自动活检针	19G*50mm，取样长度10/20mm，套管针尖端	CE20100-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检，它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号带有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AIS1304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座位ABS树脂材料制成，针管和针芯(包含平头针芯)均采用不锈钢AIS1304材料制成。产品经	通过			第11批

3319	C01050300700002037970000026	一次性半自动活检针	19G*30mm，取样长度10/20mm，套管针尖端	CE20080-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检，它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号带有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AIS1304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座位ABS树脂材料制成，针管和针芯(包含平头针芯)均采用不锈钢AIS1304材料制成。产品经	通过			第11批

3320	C01050300700002037970000027	一次性半自动活检针	19G*110mm，取样长度10/20mm，套管针尖端	CE20160-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检，它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号带有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AIS1304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座位ABS树脂材料制成，针管和针芯(包含平头针芯)均采用不锈钢AIS1304材料制成。产品经	通过			第11批

3321	C01050300700002037970000029	一次性半自动活检针	17G*110mm，取样长度10/20mm，套管针尖端	CE18160-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检。它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AISI304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座为ABS树脂材料制成，针管和针芯）包含平头针芯）均采用不锈钢AISI304材料制成。	通过			第11批

3322	C01060200700005037970000005	一次性半自动活检针	20G*160mm，取样长度10/20mm,斜面针尖	ML20160-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检，它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号带有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AIS1304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座位ABS树脂材料制成，针管和针芯(包含平头针芯)均采用不锈钢AIS1304材料制成。产品经	通过			第11批

3323	C01060200700005037970000011	一次性半自动活检针	20G*120mm，取样长度10/20mm,斜面针尖	ML20120-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检，它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号带有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AIS1304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座位ABS树脂材料制成，针管和针芯(包含平头针芯)均采用不锈钢AIS1304材料制成。产品经	通过			第11批

3324	C01060200700005037970000016	一次性半自动活检针	20G*100mm，取样长度10/20mm,斜面针尖	ML20100-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检，它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号带有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AIS1304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座位ABS树脂材料制成，针管和针芯(包含平头针芯)均采用不锈钢AIS1304材料制成。产品经	通过			第11批

3325	C01060200700005037970000023	一次性半自动活检针	18G*200mm，取样长度10/20mm,斜面针尖	ML18200-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检。它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AISI304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座为ABS树脂材料制成，针管和针芯）包含平头针芯）均采用不锈钢AISI304材料制成。	通过			第11批

3326	C01060200700005037970000026	一次性半自动活检针	18G*100mm，取样长度10/20mm,斜面针尖	ML18100-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检。它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AISI304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座为ABS树脂材料制成，针管和针芯）包含平头针芯）均采用不锈钢AISI304材料制成。	通过			第11批

3327	C01060200700005037970000028	一次性半自动活检针	20G*80mm，取样长度10/20mm,斜面针尖	ML20080-00	国械注进20212140347	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	本产品适用于软组织活检，它不能用于骨活检。	该产品由套管、针芯和塑料手柄及护套组成（部分型号带有同轴套管针和额外配备的平头针芯）。套管和针芯均采用不锈钢AIS1304制成，手柄为聚碳酸酯材料。同轴套管针由针座、针管和针芯组成。针座位ABS树脂材料制成，针管和针芯(包含平头针芯)均采用不锈钢AIS1304材料制成。产品经	通过			第11批
3328	C03480311301001042540000163	一次性使用钻头-磨头	球形钻头	MR8-10BA40D	国械注进20162044258	甲类	113-磨头类	否			是	NBAA0000	颅微动力系统	相关消耗：铣刀刀片、磨钻磨头。	一次性无菌颅骨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌钻针。	一次性无菌磨钻头	该产品用于神经外科、耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨质。	一次性使用钻头由符合ASTM F899的440C不锈钢，和符合ASTM A600的M2钢及硬质合金（WC 90.0±0.5%， Co 10.0±0.5%）组成。用于神经外科、耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨	通过			第11批

3329	C03480311301001042540000170	一次性使用钻头-磨头	球形钻头	MR8-10BA20D	国械注进20162044258	甲类	113-磨头类	否			是	NBAA0000	颅微动力系统	相关消耗：铣刀刀片、磨钻磨头。	一次性无菌颅骨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌钻针。	一次性无菌磨钻头	该产品用于神经外科、耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨质。	一次性使用钻头由符合ASTM F899的440C不锈钢，和符合ASTM A600的M2钢及硬质合金（WC 90.0±0.5%， Co 10.0±0.5%）组成。用于神经外科、耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨	通过			第11批
3330	C03480311301003042540000980	一次性使用钻头-磨头	球形钻头	MR8-10BA40	国械注进20162044258	甲类	113-磨头类	否			是	NBAA0000	颅微动力系统	相关消耗：铣刀刀片、磨钻磨头。	一次性无菌颅骨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌钻针。	一次性无菌磨钻头	该产品用于神经外科、耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨质。	一次性使用钻头由符合ASTM F899的440C不锈钢，和符合ASTM A600的M2钢及硬质合金（WC 90.0±0.5%， Co 10.0±0.5%）组成。用于神经外科、耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨	通过			第11批

3331	C08010215104007096020000054	人工晶状体	+29.5D	CNWTT0	国械注进20233160517	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	未中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于白内障摘除术后需要一期植入人工晶状体于后房囊袋内，有远、中、近视力要求的成人患者，以期待改善近、中、远视力并减少眼镜依赖。	该产品为一件式结构的后房型人工晶状体，可折叠，襻型为STABLEFORCE改良型L 襻。主体/支撑部分由丙烯酸苯乙烯酯、甲基丙烯酸2-羟基乙酯、1,4-丁二醇二丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂和蓝光吸收剂。光学设计：三焦、非球面。该产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架	通过			第11批

3332	C08070400500002096020000133	超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头	25Ga＋复合功能玻切头-20000CPM，普通照明光纤	8065753106	国械注进20153161071		005-手术刀头类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	玻璃体切割头	产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532 nm 的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝。人工晶状体推注器适用于在白内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如	见附页	不通过	未见附件		第11批

3333	C08070400500002096020000134	超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头	25Ga＋复合功能玻切头-20000CPM，广角照明光纤	8065830077	国械注进20153161071		005-手术刀头类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	玻璃体切劃头	产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532 nm 的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝。人工晶状体推注器适用于在白内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如	见附页	不通过	未见附件		第11批

3334	C08070400500002096020000135	超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头	27Ga＋复合功能玻切头-20000CPM，普通照明光纤	8065753109	国械注进20153161071		005-手术刀头类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	玻璃体切劃头	产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532 nm 的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝。人工晶状体推注器适用于在白内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如	见附页	不通过	未见附件		第11批

3335	C08070400500002096020000136	超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头	25Ga＋ 联合功能玻切头-20000CPM/0.9mm，普通照明光纤	8065000095	国械注进20153161071		005-手术刀头类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	玻璃体切劃头	产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532 nm 的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝。人工晶状体推注器适用于在白内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如	见附页	不通过	未见附件		第11批

3336	C08070400500002096020000137	超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头	25Ga＋ 联合功能玻切头-20000CPM/0.9mm，广角照明光纤	8065000093	国械注进20153161071		005-手术刀头类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	玻璃体切劃头	产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532 nm 的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝。人工晶状体推注器适用于在白内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如	见附页	不通过	未见附件		第11批

3337	C08070400500002096020000138	超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头	27Ga＋ 联合功能玻切头-20000CPM/0.9mm，普通照明光纤	8065000096	国械注进20153161071		005-手术刀头类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	玻璃体切劃头	产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532 nm 的可见绿色治疗光束供眼科使用，用于眼部前后节的光凝。人工晶状体推注器适用于在白内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体，如	见附页	不通过	未见附件		第11批

3338	C08070400500002096020000141	超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头	25Ga＋ 复合功能玻切头-5000CPM，普通照明光纤	8065751462	国械注进20153161071		005-手术刀头类	否			是	330407005	复杂视网膜脱离修复术	指冷凝、电凝法；含视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜；包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖	玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油	玻璃体切割头	产品是用于眼前节和眼后节手术的手术系统，可进行玻璃体和组织切割、晶状体乳化、人工晶状体推注、眼后节照明以及电凝，激光模块能发射532nm的可见绿色治疗光束供眼科使用， 用于眼部前后节的光凝。人工晶状体推注器适用于在白内障摘除之后向眼球内植入合格的人工晶状体， 如	见附页	不通过	未见附件		第11批

3339	C01070200215038060520000001	鼻腔球囊	单侧鼻腔球囊 7.5cm，含通气管	RR 751	国械注进20243140320	丙类	002-球囊类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		球囊	用于控制下述原因引起的鼻出血：a)鼻及鼻窦手术，b)创伤，c)手术后出血，d)自发性鼻出血。	产品由充气球囊，中央管，纤维织物环，管路，纤维织物，防护装置，指示球囊，止回阀组成。其中球囊，中央管，环，管路，防护装置和止回阀由PVC制成，PVC材质增塑剂包括：TOTM（偏苯三酸三辛酯，CAS NO. 3319-31-1），DEHT/DOTP(对苯二甲酸二异辛酯，CAS NO. 6422-86-2），烷基磺酸苯	通过			第11批

3340	C01070200215038060520000002	鼻腔球囊	单侧鼻腔双球囊 9.0cm，不含通气管	RR 900	国械注进20243140320	丙类	002-球囊类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		球囊	用于控制下述原因引起的鼻出血：a)鼻及鼻窦手术，b)创伤，c)手术后出血，d)自发性鼻出血。	产品由充气球囊，中央管，纤维织物环，管路，纤维织物，防护装置，指示球囊，止回阀组成。其中球囊，中央管，环，管路，防护装置和止回阀由PVC制成，PVC材质增塑剂包括：TOTM（偏苯三酸三辛酯，CAS NO. 3319-31-1），DEHT/DOTP(对苯二甲酸二异辛酯，CAS NO. 6422-86-2），烷基磺酸苯	通过			第11批

3341	C01070200215038060520000003	鼻腔球囊	单侧鼻腔球囊 4.5cm，不含通气管	RR 450	国械注进20243140320	丙类	002-球囊类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		球囊	用于控制下述原因引起的鼻出血：a)鼻及鼻窦手术，b)创伤，c)手术后出血，d)自发性鼻出血。	产品由充气球囊，中央管，纤维织物环，管路，纤维织物，防护装置，指示球囊，止回阀组成。其中球囊，中央管，环，管路，防护装置和止回阀由PVC制成，PVC材质增塑剂包括：TOTM（偏苯三酸三辛酯，CAS NO. 3319-31-1），DEHT/DOTP(对苯二甲酸二异辛酯，CAS NO. 6422-86-2），烷基磺酸苯	通过			第11批

3342	C01070200215038060520000004	鼻腔球囊	单侧鼻腔球囊5.5cm，不含通气管	RR 550	国械注进20243140320	丙类	002-球囊类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		球囊	用于控制下述原因引起的鼻出血：a)鼻及鼻窦手术，b)创伤，c)手术后出血，d)自发性鼻出血。	产品由充气球囊，中央管，纤维织物环，管路，纤维织物，防护装置，指示球囊，止回阀组成。其中球囊，中央管，环，管路，防护装置和止回阀由PVC制成，PVC材质增塑剂包括：TOTM（偏苯三酸三辛酯，CAS NO. 3319-31-1），DEHT/DOTP(对苯二甲酸二异辛酯，CAS NO. 6422-86-2），烷基磺酸苯	通过			第11批

3343	C01070200215038060520000005	鼻腔球囊	单侧鼻腔球囊 7.5cm，不含通气管	RR 750	国械注进20243140320	丙类	002-球囊类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		球囊	用于控制下述原因引起的鼻出血：a)鼻及鼻窦手术，b)创伤，c)手术后出血，d)自发性鼻出血。	产品由充气球囊，中央管，纤维织物环，管路，纤维织物，防护装置，指示球囊，止回阀组成。其中球囊，中央管，环，管路，防护装置和止回阀由PVC制成，PVC材质增塑剂包括：TOTM（偏苯三酸三辛酯，CAS NO. 3319-31-1），DEHT/DOTP(对苯二甲酸二异辛酯，CAS NO. 6422-86-2），烷基磺酸苯	通过			第11批

3344	C01070200215038060520000006	鼻腔球囊	单侧鼻腔球囊 5.5cm，含通气管	RR 551	国械注进20243140320	丙类	002-球囊类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		球囊	用于控制下述原因引起的鼻出血：a)鼻及鼻窦手术，b)创伤，c)手术后出血，d)自发性鼻出血。	产品由充气球囊，中央管，纤维织物环，管路，纤维织物，防护装置，指示球囊，止回阀组成。其中球囊，中央管，环，管路，防护装置和止回阀由PVC制成，PVC材质增塑剂包括：TOTM（偏苯三酸三辛酯，CAS NO. 3319-31-1），DEHT/DOTP(对苯二甲酸二异辛酯，CAS NO. 6422-86-2），烷基磺酸苯	通过			第11批

3345	C07020508103000172720000009	口腔用人工骨	2×0.5cc/盒	2×0.5cc/盒	国械注进20233170067	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	人工骨及骨代用品	该产品用于口腔各种骨缺损的填充，包括牙周骨缺损填充、上颌窦提升填充、拔牙处缺损填充、牙槽嵴增宽增高。	该产品由生物活性玻璃和甘油赋形剂组成。生物活性玻璃69%±2%（SiO2 31.1%±2%，CaO 16.9%±2%，Na2O 16.9%±2%，P2O5 4.1%±1%）；甘油赋形剂31%±2%（甘油18.6%±2%、聚乙二醇12.4%±2%）。产品无菌提供，一次	通过			第11批
3346	C07020508103000172720000010	口腔用人工骨	2×0.3cc/盒	2×0.3cc/盒	国械注进20233170067	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	人工骨及骨代用品	该产品用于口腔各种骨缺损的填充，包括牙周骨缺损填充、上颌窦提升填充、拔牙处缺损填充、牙槽嵴增宽增高。	该产品由生物活性玻璃和甘油赋形剂组成。生物活性玻璃69%±2%（SiO2 31.1%±2%，CaO 16.9%±2%，Na2O 16.9%±2%，P2O5 4.1%±1%）；甘油赋形剂31%±2%（甘油18.6%±2%、聚乙二醇12.4%±2%）。产品无菌提供，一次	通过			第11批

3347	C14200203200000119450000059	体外受精显微操作管	内径：4.6-5.0 弯长差：0.55 头端角度：30	SIC-50W-30	国械注进20142185680	丙类	032-注射针类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	显微注射管用于卵胞浆内单精子注射；精细胞注射管用于将未成熟的精细胞注射入卵胞浆内；持卵管用于在ICSI 和其他显微操作过程中固定卵母细胞或胚胎；酸打孔管用于将酸性溶液注于卵膜之上，从而在卵膜上制造一个裂口来辅助孵化或胚胎活检；极体活检管用于从人类卵母细胞和胚胎	该产品由显微注射管、精细胞注射管、持卵管、酸打孔管、极体活检管、机械打孔管、卵裂球活检管、剥卵管组成。	通过			第11批

3348	C14200319900000119450000001	体外受精显微操作管	头端内径：15-20 头端外径：114-130 弯长：0.65 头端角度：30	SHP-120-30	国械注进20142185680	丙类	199-持卵针类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	显微注射管用于卵胞浆内单精子注射；精细胞注射管用于将未成熟的精细胞注射入卵胞浆内；持卵管用于在ICSI 和其他显微操作过程中固定卵母细胞或胚胎；酸打孔管用于将酸性溶液注于卵膜之上，从而在卵膜上制造一个裂口来辅助孵化或胚胎活检；极体活检管用于从人类卵母细胞和胚胎	该产品由显微注射管、精细胞注射管、持卵管、酸打孔管、极体活检管、机械打孔管、卵裂球活检管、剥卵管组成。	通过			第11批

3349	C14050100500000012100000313	多功能手术解剖切割器(可止血消融电极)	RH-II-30	RH-II-30	赣械注准20212010159	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10．消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	作为高频手术设备附件，与高频手术设备配合使用。用于临床普通外科手术、耳鼻喉科手术、心胸外科手术、神经外科手术、骨科手术、甲乳外科手术、小儿外科手术、妇科手术、口腔科手术等各类外科手术中皮肤、皮下组织、肌肉(括约肌)、肿瘤、各类软组织的电凝、切割、消融及止血。内	产品由电极刀头、手柄、电缆线、插头组成，分单极和双极，部分产品配备LED灯和吸引管。配备A系列刀头产品为普通单极，配备B系列刀头产品为电钩，配备C系列刀头产品为单极电凝钳，配备E系列刀头产品为双极电凝镊，配备F、G系列刀头产品为双极电凝钳，配备H系列刀头产品为固定双极。	通过			第11批

3350	C14020226400011062590000003	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C15-A8	CYT-C15-A8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3351	C14020226400011062590000007	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C14-A8	CYT-C14-A8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3352	C14020226400011062590000008	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C14-B8	CYT-C14-B8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3353	C14020226400011062590000010	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C15-B8	CYT-C15-B8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3354	C14020226400011062590000012	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C16-A8	CYT-C16-A8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3355	C14020226400011062590000015	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C13	CYT-C13	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3356	C14020226400011062590000016	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C11-A8	CYT-C11-A8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3357	C14020226400011062590000017	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C13-Bz8	CYT-C13-Bz8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3358	C14020226400011062590000018	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C13-Az8	CYT-C13-Az8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3359	C14020226400011062590000027	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C18-B8	CYT-C18-B8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3360	C14020226400011062590000034	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C13-A8	CYT-C13-A8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3361	C14020226400011062590000044	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C12	CYT-C12	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3362	C14020226400011062590000046	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C18-A8	CYT-C18-A8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3363	C14020226400011062590000048	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C13-B8	CYT-C13-B8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3364	C14020226400011062590000052	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C11	CYT-C11	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3365	C14020226400011062590000053	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C11-Az8	CYT-C11-Az8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3366	C14020226400011062590000055	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C11-B8	CYT-C11-B8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3367	C14020226400011062590000061	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C16	CYT-C16	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3368	C14020226400011062590000062	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C14	CYT-C14	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3369	C14020226400011062590000063	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C17	CYT-C17	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3370	C14020226400011062590000064	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C15	CYT-C15	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3371	C14020226400011062590000065	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C18	CYT-C18	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3372	C14020226400011062590000066	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C11-Bz8	CYT-C11-Bz8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3373	C14020226400011062590000069	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C14-Az8	CYT-C14-Az8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3374	C14020226400011062590000093	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C16-B8	CYT-C16-B8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3375	C14020226400011062590000109	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C14-Bz8	CYT-C14-Bz8	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3376	C14020226400011062590000160	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C15-B4	CYT-C15-B4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3377	C14020226400011062590000161	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C16-B4	CYT-C16-B4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3378	C14020226400011062590000163	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C18-B4	CYT-C18-B4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3379	C14020226400011062590000164	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C11-A4	CYT-C11-A4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3380	C14020226400011062590000165	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C12-A4	CYT-C12-A4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3381	C14020226400011062590000166	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C13-A4	CYT-C13-A4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3382	C14020226400011062590000167	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C14-A4	CYT-C14-A4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3383	C14020226400011062590000168	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C15-A4	CYT-C15-A4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3384	C14020226400011062590000169	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C16-A4	CYT-C16-A4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3385	C14020226400011062590000171	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C18-A4	CYT-C18-A4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3386	C14020226400011062590000172	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C11-B4	CYT-C11-B4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3387	C14020226400011062590000173	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C12-B4	CYT-C12-B4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3388	C14020226400011062590000174	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C13-B4	CYT-C13-B4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3389	C14020226400011062590000175	一次性使用外科牵开固定器	CYT-C14-B4	CYT-C14-B4	苏械注准20202020852	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	用于扩张切口组织，暴露术野。	由外圈设有凹槽的扩张器环和带有弹性胶条的拉钩组成。扩张器环采用PKN4752F（PPO）聚苯醚材料制成，拉钩由符合YY/T0294.1-2016标准的06Cr17Ni12Mo2不锈钢材料制成的金属钩和硅橡胶材料制成的弹性胶条组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

3390	C01060200700009062590000002	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-1/CF1307	BN-MA/CB-1/CF1307	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3391	C01060200700009062590000005	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-1/CF1110	BN-MA/CB-1/CF1110	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3392	C01060200700009062590000009	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-1/CF1107	BN-MA/CB-1/CF1107	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3393	C01060200700009062590000011	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-1/CF1115	BN-MA/CB-1/CF1115	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3394	C01060200700009062590000013	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-2/CF0915	BN-MA/CB-2/CF0915	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3395	C01060200700009062590000017	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-2/CF1115	BN-MA/CB-2/CF1115	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3396	C01060200700009062590000019	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-2/CF0910	BN-MA/CB-2/CF0910	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3397	C01060200700009062590000022	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-2/CF1107	BN-MA/CB-2/CF1107	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3398	C01060200700009062590000023	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-2/CF1307	BN-MA/CB-2/CF1307	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3399	C01060200700009062590000026	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-2/CF1110	BN-MA/CB-2/CF1110	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3400	C01060200700009062590000029	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-2/CF1110	BN-MAB-2/CF1110	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3401	C01060200700009062590000033	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-2/CF1107	BN-MAB-2/CF1107	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3402	C01060200700009062590000037	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-3/CF0915	BN-MA/CB-3/CF0915	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3403	C01060200700009062590000038	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-3/CF1107	BN-MA/CB-3/CF1107	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3404	C01060200700009062590000039	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-3/CF1307	BN-MA/CB-3/CF1307	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3405	C01060200700009062590000046	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-3/CF1110	BN-MA/CB-3/CF1110	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3406	C01060200700009062590000049	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-3/CF1115	BN-MA/CB-3/CF1115	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3407	C01060200700009062590000052	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-1/CF1506	BN-MAB-1/CF1506	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3408	C01060200700009062590000053	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-1/CF1503	BN-MAB-1/CF1503	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3409	C01060200700009062590000054	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-1/CF1603	BN-MAB-1/CF1603	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3410	C01060200700009062590000055	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-1/CF1604	BN-MAB-1/CF1604	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3411	C01060200700009062590000058	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-1/CF1606	BN-MAB-1/CF1606	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3412	C01060200700009062590000062	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-6/CF0915	BN-MA/CB-6/CF0915	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3413	C01060200700009062590000064	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-6/CF1107	BN-MA/CB-6/CF1107	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3414	C01060200700009062590000065	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-6/CF1110	BN-MA/CB-6/CF1110	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3415	C01060200700009062590000066	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-6/CF1115	BN-MA/CB-6/CF1115	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3416	C01060200700009062590000067	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-6/CF1305	BN-MA/CB-6/CF1305	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3417	C01060200700009062590000068	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-6/CF1307	BN-MA/CB-6/CF1307	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3418	C01060200700009062590000070	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MA/CB-6/CF1310	BN-MA/CB-6/CF1310	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3419	C01060200700009062590000140	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-3/CF1503	BN-MAB-3/CF1503	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3420	C01060200700009062590000141	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-3/CF1504	BN-MAB-3/CF1504	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3421	C01060200700009062590000142	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-3/CF1506	BN-MAB-3/CF1506	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3422	C01060200700009062590000144	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-3/CF1604	BN-MAB-3/CF1604	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3423	C01060200700009062590000145	一次性使用骨髓穿刺活检针	BN-MAB-3/CF1606	BN-MAB-3/CF1606	苏械注准20202140571	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	用于获取患者骨髓活检（不适用于脊柱等中枢神经系统的的穿刺活检）	一次性使用骨髓穿刺活检针由针杆手柄组件、针管手柄组件、定位器组件（若有）、取样器（若有）、离断器组件（若有）、锁止器（若有）、定位环（若有）、安全帽（若有）、防污盖（若有）以及护套组成。根据产品抽吸或切割功能分为7个型号，根据针管外径和针管标称长度划分不同规	通过			第11批

3424	C14100118900001040800000083	一次性气道插管联合麻醉套件	4.5	NC-QMTJ-02	苏械注准20232080552		189-麻醉套包类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床抢救复苏手术及全麻手术时建立人工气道用。	一次性气道插管联合麻醉套件是由基本配置和选用配置组成，基本配置：气管插管、吸痰管、吸引连接管、口咽通气道；选用配置：普通喉镜片、可视喉镜片、咬口、牙垫、固定架、气囊充起器、橡胶外科手套、纱布、透气胶带、管芯。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

3425	C14080318500051016590000489	可吸收性外科缝线	1	TOS-1-65-03	国械注准20243022047	甲类	185-可吸收缝线类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		人工合成缝线	用于适合使用可吸收缝线的软组织缝合。	可吸收性外科缝线（以下简称缝线）由合成材料聚对二氧环己酮制成（牌号：Monosorb（Polydioxanone））；缝线上含抗菌物质三氯生（triclosan）；缝线经D&C Violet No.2染料染色。医用缝合针由302不锈钢（牌号：12Cr18Ni9）材料制成。	通过			第11批

3426	C02061800215007009280000081	外周球囊扩张导管	WZ03080E	WZ03080E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3427	C02061800215007009280000082	外周球囊扩张导管	WZ08080H	WZ08080H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3428	C02061800215007009280000083	外周球囊扩张导管	WZ09040H	WZ09040H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3429	C02061800215007009280000084	外周球囊扩张导管	WZ07120E	WZ07120E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3430	C02061800215007009280000085	外周球囊扩张导管	WZ03080H	WZ03080H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3431	C02061800215007009280000086	外周球囊扩张导管	WZ03020E	WZ03020E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3432	C02061800215007009280000087	外周球囊扩张导管	WZ04030H	WZ04030H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3433	C02061800215007009280000088	外周球囊扩张导管	WZ05100H	WZ05100H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3434	C02061800215007009280000089	外周球囊扩张导管	WZ08120E	WZ08120E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3435	C02061800215007009280000090	外周球囊扩张导管	WZ05020H	WZ05020H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3436	C02061800215007009280000091	外周球囊扩张导管	WZ09120E	WZ09120E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3437	C02061800215007009280000092	外周球囊扩张导管	WZ07030E	WZ07030E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3438	C02061800215007009280000093	外周球囊扩张导管	WZ10040E	WZ10040E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3439	C02061800215007009280000094	外周球囊扩张导管	WZ05080H	WZ05080H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3440	C02061800215007009280000095	外周球囊扩张导管	WZ04080E	WZ04080E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3441	C02061800215007009280000096	外周球囊扩张导管	WZ08100H	WZ08100H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3442	C02061800215007009280000097	外周球囊扩张导管	WZ06040H	WZ06040H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3443	C02061800215007009280000098	外周球囊扩张导管	WZ09100E	WZ09100E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3444	C02061800215007009280000099	外周球囊扩张导管	WZ05120E	WZ05120E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3445	C02061800215007009280000100	外周球囊扩张导管	WZ03120H	WZ03120H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3446	C02061800215007009280000101	外周球囊扩张导管	WZ06100H	WZ06100H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3447	C02061800215007009280000102	外周球囊扩张导管	WZ05030H	WZ05030H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3448	C02061800215007009280000103	外周球囊扩张导管	WZ10080H	WZ10080H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3449	C02061800215007009280000104	外周球囊扩张导管	WZ08020E	WZ08020E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3450	C02061800215007009280000105	外周球囊扩张导管	WZ09020H	WZ09020H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3451	C02061800215007009280000106	外周球囊扩张导管	WZ03100H	WZ03100H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3452	C02061800215007009280000107	外周球囊扩张导管	WZ05080E	WZ05080E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3453	C02061800215007009280000108	外周球囊扩张导管	WZ06020H	WZ06020H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3454	C02061800215007009280000109	外周球囊扩张导管	WZ07040E	WZ07040E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3455	C02061800215007009280000110	外周球囊扩张导管	WZ05060H	WZ05060H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3456	C02061800215007009280000111	外周球囊扩张导管	WZ06060H	WZ06060H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3457	C02061800215007009280000112	外周球囊扩张导管	WZ10030E	WZ10030E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3458	C02061800215007009280000113	外周球囊扩张导管	WZ06030H	WZ06030H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3459	C02061800215007009280000114	外周球囊扩张导管	WZ06030E	WZ06030E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3460	C02061800215007009280000115	外周球囊扩张导管	WZ09030H	WZ09030H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3461	C02061800215007009280000116	外周球囊扩张导管	WZ05040E	WZ05040E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3462	C02061800215007009280000117	外周球囊扩张导管	WZ06120H	WZ06120H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3463	C02061800215007009280000118	外周球囊扩张导管	WZ08040E	WZ08040E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3464	C02061800215007009280000119	外周球囊扩张导管	WZ08100E	WZ08100E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3465	C02061800215007009280000120	外周球囊扩张导管	WZ07060E	WZ07060E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3466	C02061800215007009280000121	外周球囊扩张导管	WZ08060E	WZ08060E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3467	C02061800215007009280000122	外周球囊扩张导管	WZ05120H	WZ05120H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3468	C02061800215007009280000123	外周球囊扩张导管	WZ09060H	WZ09060H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3469	C02061800215007009280000124	外周球囊扩张导管	WZ03060E	WZ03060E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3470	C02061800215007009280000125	外周球囊扩张导管	WZ04120H	WZ04120H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3471	C02061800215007009280000126	外周球囊扩张导管	WZ03020H	WZ03020H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3472	C02061800215007009280000127	外周球囊扩张导管	WZ10120H	WZ10120H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3473	C02061800215007009280000128	外周球囊扩张导管	WZ05030E	WZ05030E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3474	C02061800215007009280000129	外周球囊扩张导管	WZ09030E	WZ09030E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3475	C02061800215007009280000130	外周球囊扩张导管	WZ10020E	WZ10020E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3476	C02061800215007009280000131	外周球囊扩张导管	WZ09060E	WZ09060E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3477	C02061800215007009280000132	外周球囊扩张导管	WZ04120E	WZ04120E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3478	C02061800215007009280000133	外周球囊扩张导管	WZ03120E	WZ03120E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3479	C02061800215007009280000134	外周球囊扩张导管	WZ07060H	WZ07060H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3480	C02061800215007009280000135	外周球囊扩张导管	WZ06040E	WZ06040E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3481	C02061800215007009280000136	外周球囊扩张导管	WZ05100E	WZ05100E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3482	C02061800215007009280000137	外周球囊扩张导管	WZ06060E	WZ06060E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3483	C02061800215007009280000138	外周球囊扩张导管	WZ04040H	WZ04040H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3484	C02061800215007009280000139	外周球囊扩张导管	WZ03040E	WZ03040E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3485	C02061800215007009280000140	外周球囊扩张导管	WZ05040H	WZ05040H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3486	C02061800215007009280000141	外周球囊扩张导管	WZ07040H	WZ07040H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3487	C02061800215007009280000142	外周球囊扩张导管	WZ08120H	WZ08120H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3488	C02061800215007009280000143	外周球囊扩张导管	WZ07020H	WZ07020H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3489	C02061800215007009280000144	外周球囊扩张导管	WZ07100H	WZ07100H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3490	C02061800215007009280000145	外周球囊扩张导管	WZ10020H	WZ10020H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3491	C02061800215007009280000146	外周球囊扩张导管	WZ08040H	WZ08040H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3492	C02061800215007009280000147	外周球囊扩张导管	WZ09040E	WZ09040E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3493	C02061800215007009280000148	外周球囊扩张导管	WZ03060H	WZ03060H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3494	C02061800215007009280000149	外周球囊扩张导管	WZ10040H	WZ10040H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3495	C02061800215007009280000150	外周球囊扩张导管	WZ10100H	WZ10100H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3496	C02061800215007009280000151	外周球囊扩张导管	WZ07020E	WZ07020E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3497	C02061800215007009280000152	外周球囊扩张导管	WZ04040E	WZ04040E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3498	C02061800215007009280000153	外周球囊扩张导管	WZ10120E	WZ10120E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3499	C02061800215007009280000154	外周球囊扩张导管	WZ04100E	WZ04100E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3500	C02061800215007009280000155	外周球囊扩张导管	WZ08030H	WZ08030H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3501	C02061800215007009280000156	外周球囊扩张导管	WZ05060E	WZ05060E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3502	C02061800215007009280000157	外周球囊扩张导管	WZ10100E	WZ10100E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3503	C02061800215007009280000158	外周球囊扩张导管	WZ08080E	WZ08080E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3504	C02061800215007009280000159	外周球囊扩张导管	WZ07100E	WZ07100E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3505	C02061800215007009280000160	外周球囊扩张导管	WZ07030H	WZ07030H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3506	C02061800215007009280000161	外周球囊扩张导管	WZ06080E	WZ06080E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3507	C02061800215007009280000162	外周球囊扩张导管	WZ08060H	WZ08060H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3508	C02061800215007009280000163	外周球囊扩张导管	WZ10080E	WZ10080E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3509	C02061800215007009280000164	外周球囊扩张导管	WZ10060E	WZ10060E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3510	C02061800215007009280000165	外周球囊扩张导管	WZ06080H	WZ06080H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3511	C02061800215007009280000166	外周球囊扩张导管	WZ03030E	WZ03030E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3512	C02061800215007009280000167	外周球囊扩张导管	WZ04060E	WZ04060E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3513	C02061800215007009280000168	外周球囊扩张导管	WZ04080H	WZ04080H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3514	C02061800215007009280000169	外周球囊扩张导管	WZ08020H	WZ08020H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3515	C02061800215007009280000170	外周球囊扩张导管	WZ10030H	WZ10030H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3516	C02061800215007009280000171	外周球囊扩张导管	WZ07120H	WZ07120H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3517	C02061800215007009280000172	外周球囊扩张导管	WZ04060H	WZ04060H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3518	C02061800215007009280000173	外周球囊扩张导管	WZ03030H	WZ03030H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3519	C02061800215007009280000174	外周球囊扩张导管	WZ04030E	WZ04030E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3520	C02061800215007009280000175	外周球囊扩张导管	WZ09080H	WZ09080H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3521	C02061800215007009280000176	外周球囊扩张导管	WZ09080E	WZ09080E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3522	C02061800215007009280000177	外周球囊扩张导管	WZ10060H	WZ10060H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3523	C02061800215007009280000178	外周球囊扩张导管	WZ06020E	WZ06020E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3524	C02061800215007009280000179	外周球囊扩张导管	WZ06100E	WZ06100E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3525	C02061800215007009280000180	外周球囊扩张导管	WZ09120H	WZ09120H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3526	C02061800215007009280000181	外周球囊扩张导管	WZ04100H	WZ04100H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3527	C02061800215007009280000182	外周球囊扩张导管	WZ07080E	WZ07080E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3528	C02061800215007009280000183	外周球囊扩张导管	WZ04020E	WZ04020E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3529	C02061800215007009280000184	外周球囊扩张导管	WZ09020E	WZ09020E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3530	C02061800215007009280000185	外周球囊扩张导管	WZ03100E	WZ03100E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3531	C02061800215007009280000186	外周球囊扩张导管	WZ06120E	WZ06120E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3532	C02061800215007009280000187	外周球囊扩张导管	WZ04020H	WZ04020H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3533	C02061800215007009280000189	外周球囊扩张导管	WZ05020E	WZ05020E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3534	C02061800215007009280000190	外周球囊扩张导管	WZ08030E	WZ08030E	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3535	C02061800215007009280000191	外周球囊扩张导管	WZ09100H	WZ09100H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3536	C02061800215007009280000192	外周球囊扩张导管	WZ03040H	WZ03040H	国械注准20253030573	甲类	002-球囊类	是-重庆	视为中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	外周球囊扩张导管适用于锁骨下、髂、股、腘和胫动脉、肾动脉、颈动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，颅内动静脉血管除外。	外周球囊扩张导管为血管内导管，该导管由导管座、双腔管、球囊、内管、显影环和亲水涂层组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3537	C02020800215000009280000001	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT25015	JT25015	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3538	C02020800215000009280000002	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT25018	JT25018	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3539	C02020800215000009280000003	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT27512	JT27512	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3540	C02020800215000009280000004	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT20018	JT20018	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3541	C02020800215000009280000005	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT27515	JT27515	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3542	C02020800215000009280000006	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT27518	JT27518	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3543	C02020800215000009280000007	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT30012	JT30012	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3544	C02020800215000009280000008	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT22512	JT22512	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3545	C02020800215000009280000009	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT30015	JT30015	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3546	C02020800215000009280000010	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT30018	JT30018	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3547	C02020800215000009280000011	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT32512	JT32512	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3548	C02020800215000009280000012	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT32515	JT32515	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3549	C02020800215000009280000013	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT32518	JT32518	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3550	C02020800215000009280000014	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT35012	JT35012	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3551	C02020800215000009280000015	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT35015	JT35015	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3552	C02020800215000009280000016	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT22515	JT22515	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3553	C02020800215000009280000017	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT20012	JT20012	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3554	C02020800215000009280000018	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT35018	JT35018	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3555	C02020800215000009280000019	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT22518	JT22518	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3556	C02020800215000009280000020	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT37512	JT37512	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3557	C02020800215000009280000021	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT37515	JT37515	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3558	C02020800215000009280000022	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT25012	JT25012	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3559	C02020800215000009280000023	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT37518	JT37518	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3560	C02020800215000009280000024	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT20015	JT20015	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3561	C02020800215000009280000025	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT40012	JT40012	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3562	C02020800215000009280000026	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT40015	JT40015	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3563	C02020800215000009280000027	冠状动脉棘突球囊扩张导管	JT40018	JT40018	国械注准20253031444	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	冠状动脉棘突球囊扩张导管由尖端、球囊、棘突棱、可视标记、导管座组成，其中导管由海波管，近端外管，远端外管、内管组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3564	C01020700114051049370000035	覆膜肠道支架	MTN-CG-G-20/40-T-3.7/1800	MTN-CG-G-20/40-T-3.7/1800	国械注准20183130493	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。	该产品为自扩张式覆膜肠道支架，支架分为八种形状，支架丝材采用符合GB 24627-2009要求的镍钛形状记忆合金制造，覆膜采用硅橡胶材料制备。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品有效期2年。	通过			第11批

3565	C01020700114051049370000061	覆膜肠道支架	MTN-CG-G1-20/80-T-3.5/2300	MTN-CG-G1-20/80-T-3.5/2300	国械注准20183130493	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。	该产品为自扩张式覆膜肠道支架，支架分为八种形状，支架丝材采用符合GB 24627-2009要求的镍钛形状记忆合金制造，覆膜采用硅橡胶材料制备。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品有效期2年。	通过			第11批

3566	C01020700114052049370000191	覆膜肠道支架	MTN-CG-G-22/70-A-4/1200	MTN-CG-G-22/70-A-4/1200	国械注准20183130493	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。	该产品为自扩张式覆膜肠道支架，支架分为八种形状，支架丝材采用符合GB 24627-2009要求的镍钛形状记忆合金制造，覆膜采用硅橡胶材料制备。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品有效期2年。	通过			第11批

3567	C01020700114052049370000671	覆膜肠道支架	MTN-CG-G-24/40-A-6/650	MTN-CG-G-24/40-A-6/650	国械注准20183130493	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。	该产品为自扩张式覆膜肠道支架，支架分为八种形状，支架丝材采用符合GB 24627-2009要求的镍钛形状记忆合金制造，覆膜采用硅橡胶材料制备。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品有效期2年。	通过			第11批
3568	C14080802200001049370000090	可旋转重复开闭软组织夹	ROCC-C-26-235	ROCC-C-26-235	苏械注准20152020125	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	可旋转重复开闭软组织夹由夹片、夹座、过渡帽、拉索、外管（弹簧管）、护套管、定位帽、滑块、手柄和外管（涂层）组成，按尺寸不同分为192种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第11批

3569	C01021701901002049370001119	一次性使用取石网篮	SEB-A-20/50-7/250	SEB-A-20/50-7/250	苏械注准20162020992	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	适用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物。	一次性使用取石网篮由取石篮（06Cr19Ni10（304）不锈钢）、外管（PTFE）、手柄（ABS或06Cr19Ni10（304）不锈钢）和牵引丝（06Cr19Ni10（304）不锈钢）组成，按取石网篮结构型式不同分为六角型、半螺旋型、6丝全螺旋型和8丝全螺旋型四种，每型按网篮直径和外	通过			第11批

3570	C01020500215031049370000034	一次性使用取石球囊	SRB-12/15/18-18	SRB-12/15/18-18	苏械注准20192020053	甲类	002-球囊类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	气囊	通过内窥镜从胆管系统中取出结石，或在利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。	一次性使用取石球囊由球囊囊体、显影环、导管、连接件组件、二通阀、推注器组成。产品根据球囊充入额定不同气体所对应的囊体直径不同分为二级式和三级式，按球囊直径，工作长度分为不同规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。	通过			第11批
3571	C01023101800001049370000001	一次性使用超声水囊	EUSB-R-OP	EUSB-R-OP	苏械注准20192060360	丙类	018-水囊类	否			是	310901008	食管狭窄扩张术	包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术	气囊或水囊扩张导管	水囊扩张导管	与超声内镜配合使用，用于超声检查。	一次性使用超声水囊由单一的天然乳胶制成的囊体组成。按照配合超声内镜型号不同共分为环形扫描超声水囊、扇形扫描超声水囊；按超声内镜厂家不同分为：奥林巴斯超声水囊、富士超声水囊、宾得超声水囊。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，	通过			第11批

3572	C01023101800002049370000002	一次性使用超声水囊	EUSB-T-OP	EUSB-T-OP	苏械注准20192060360	丙类	018-水囊类	否			是	310901008	食管狭窄扩张术	包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术	气囊或水囊扩张导管	水囊扩张导管	与超声内镜配合使用，用于超声检查。	一次性使用超声水囊由单一的天然乳胶制成的囊体组成。按照配合超声内镜型号不同共分为环形扫描超声水囊、扇形扫描超声水囊；按超声内镜厂家不同分为：奥林巴斯超声水囊、富士超声水囊、宾得超声水囊。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，	通过			第11批

3573	C01020500215031049370000001	一次性使用取石球囊	MTN-SRB-T-16/20	MTN-SRB-T-16/20	苏械注准20202021649	甲类	002-球囊类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	气囊	用于胆道内取石，包括泥沙样结石，机械碎石后残留在胆管中的残余结石以及内引流管置换时取出胆系统内的残留的混浊物。	一次性使用取石球囊主要由球囊囊体，导管，手柄组件组成，分为双腔取石球囊和三腔取石球囊。双腔取石球囊手柄组件包含充盈口和注液（导丝）口，三腔取石球囊手柄组件包括充盈口、注液口、导丝口，按球囊直径，导管有效长度不同分为24种规格。该产品以无菌状态提供，经环	通过			第11批

3574	C1604010260000210084000000 3	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2011	HTAEP-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3575	C1604010260000210084000004	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	1200	HTAEV-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3576	C1604010260000210084000006	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2010	HTAEV-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3577	C1604010260000210084000007	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2010L	HTAEV-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3578	C1604010260000210084000008	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2020	HTAEV-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3579	C16040102600002100840000009	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2020L	HTAEV-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3580	C1604010260000210084000010	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2011	HTAEV-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3581	C1604010260000210084000011	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	1200	HTAEP-C	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3582	C1604010260000210084000012	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2010	HTAEP-C	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3583	C1604010260000210084000014	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2011	HTAEP-C	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3584	C1604010260000210084000015	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	1200	HTAEV-C	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3585	C1604010260000210084000016	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2010	HTAEV-C	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3586	C1604010260000210084000017	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	1200	HTAEP-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3587	C1604010260000210084000018	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2020	HTAEV-C	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3588	C160401026000021008400000 19	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	1200L	HTAEP-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3589	C160401026000021008400000020	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2011	HTAEV-C	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3590	C1604010260000210084000021	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2010	HTAEP-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3591	C16040102600002100840000022	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2010L	HTAEP-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批

3592	C16040102600002100840000024	一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器套装	2020L	HTAEP-B	浙械注准20252021265		026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	产品适用于腹部、胸部微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，同时可用于清洗内窥镜镜头。	产品由清洗器和常规穿刺器组成。清洗器由清洗气液管路、负压管三通、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，常规穿刺器由穿刺套管、穿刺锥组成。	不通过	适用范围用于清洗内窥镜镜头。除外耗材名称特殊穿刺针(器)不一致		第11批
3593	C14020118200000014040000208	氧气雾化器	A3EAX	面罩式	浙械注准20212080337		182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	以氧气为动力源，供医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者进行吸入雾化治疗。	见附页	不通过	未见附件		第11批

3594	C10050201000000090030000071	血液净化装置的体外循环血路	TX-ZS-26	TX-ZS-26	国械注准20183101748	乙类	010-管路类	否			是	311000011	连续性血液净化	含透析液	滤器、管路	管路	本产品供血液净化时作为血液通道使用。	由透析器接口、导血管、气体捕获器、过滤网、肝素管、泵管、泵管接头、导管夹、采样口、测压器、内圆锥接头、外圆锥接头、锁口接头、冲洗接头、 保护套、三通接头、四通接头、透析器侧口接头、预冲针、预冲器、瓶塞穿刺器、贮液袋、螺旋式外圆锥接头、补液转换接口、滴	通过		限抢救病人使用，不作为常规透析使用	第11批

3595	C10050201000000090030000072	血液净化装置的体外循环血路	TX-ZT-22	TX-ZT-22	国械注准20183101748	乙类	010-管路类	否			是	311000011	连续性血液净化	含透析液	滤器、管路	管路	本产品供血液净化时作为血液通道使用。	由透析器接口、导血管、气体捕获器、过滤网、肝素管、泵管、泵管接头、导管夹、采样口、测压器、内圆锥接头、外圆锥接头、锁口接头、冲洗接头、 保护套、三通接头、四通接头、透析器侧口接头、预冲针、预冲器、瓶塞穿刺器、贮液袋、螺旋式外圆锥接头、补液转换接口、滴斗、变径	通过		限抢救病人使用，不作为常规透析使用	第11批

3596	C10050201000000090030000087	血液净化装置的体外循环血路	TX-ZN-43	TX-ZN-43	国械注准20183101748	乙类	010-管路类	否			是	311000011	连续性血液净化	含透析液	滤器、管路	管路	本产品供血液净化时作为血液通道使用。	由透析器接口、导血管、气体捕获器、过滤网、肝素管、泵管、泵管接头、导管夹、采样口、测压器、内圆锥接头、外圆锥接头、锁口接头、冲洗接头、 保护套、三通接头、四通接头、透析器侧口接头、预冲针、预冲器、瓶塞穿刺器、贮液袋、螺旋式外圆锥接头、补液转换接口、滴斗、变径	通过		限抢救病人使用，不作为常规透析使用	第11批

3597	C10050201000000090030000093	血液净化装置的体外循环血路	TX-ZU-21	TX-ZU-21	国械注准20183101748	乙类	010-管路类	否			是	311000011	连续性血液净化	含透析液	滤器、管路	管路	本产品供血液净化时作为血液通道使用。	由透析器接口、导血管、气体捕获器、过滤网、肝素管、泵管、泵管接头、导管夹、采样口、测压器、内圆锥接头、外圆锥接头、锁口接头、冲洗接头、 保护套、三通接头、四通接头、透析器侧口接头、预冲针、预冲器、瓶塞穿刺器、贮液袋、螺旋式外圆锥接头、补液转换接口、滴斗、变径	通过		限抢救病人使用，不作为常规透析使用	第11批
3598	C01030500302001084270000003	一次性使用泌尿道用导丝	32Z	32Z	粤械注准20242020646	甲类	003-导丝类	否			是	311000036	尿道狭窄扩张术		丝状探条	丝状探条	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用	由聚合物护套、芯丝、亲水涂层组成。	通过			第11批
3599	C01030500302001084270000004	一次性使用泌尿道用导丝	35Z	35Z	粤械注准20242020646	甲类	003-导丝类	否			是	311000036	尿道狭窄扩张术		丝状探条	丝状探条	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用	由聚合物护套、芯丝、亲水涂层组成。	通过			第11批
3600	C01030500302001084270000010	一次性使用泌尿道用导丝	32W	32W	粤械注准20242020646	甲类	003-导丝类	否			是	311000036	尿道狭窄扩张术		丝状探条	丝状探条	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用	由聚合物护套、芯丝、亲水涂层组成。	通过			第11批

3601	C01030500302001084270000011	一次性使用泌尿道用导丝	35W	35W	粤械注准20242020646	甲类	003-导丝类	否			是	311000036	尿道狭窄扩张术		丝状探条	丝状探条	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用	由聚合物护套、芯丝、亲水涂层组成。	通过				第11批
3602	C01030801902006084270000001	一次性使用取石网篮	A1-2.2F-110-11	A1-2.2F-110-11	粤械注准20252020216	丙类	019-网篮类	否			是	310905016	经皮经肝胆道镜取石术		支架、取石篮、球囊扩张器	取石篮	供诊疗泌尿系统时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用	一次性使用取石网篮由网篮、鞘管、手柄组成。	通过				第11批
3603	C01030801902006084270000002	一次性使用取石网篮	B1-1.9F-110-8	B1-1.9F-110-8	粤械注准20252020216	丙类	019-网篮类	否			是	310905016	经皮经肝胆道镜取石术		支架、取石篮、球囊扩张器	取石篮	供诊疗泌尿系统时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用	一次性使用取石网篮由网篮、鞘管、手柄组成。	通过				第11批
3604	C01030801902006084270000003	一次性使用取石网篮	A1-1.9F-110-8	A1-1.9F-110-8	粤械注准20252020216	丙类	019-网篮类	否			是	310905016	经皮经肝胆道镜取石术		支架、取石篮、球囊扩张器	取石篮	供诊疗泌尿系统时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用	一次性使用取石网篮由网篮、鞘管、手柄组成。	通过				第11批
3605	C01030801902006084270000004	一次性使用取石网篮	B1-2.2F-110-11	B1-2.2F-110-11	粤械注准20252020216	丙类	019-网篮类	否			是	310905016	经皮经肝胆道镜取石术		支架、取石篮、球囊扩张器	取石篮	供诊疗泌尿系统时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用	一次性使用取石网篮由网篮、鞘管、手柄组成。	通过				第11批
3606	C02071407400001185730000001	外周血管内异物抓捕器	GNS-15-120	GNS-15-120	国械注准20243031793	丙类	074-抓捕器类	否			是	330804072	血管内滤器转换术	消毒铺巾、麻醉、穿刺置鞘，造影定位，植入导丝，更换导管，植入抓捕器，抓捕倒勾，解除锁定，拉出锁扣，再次造影确认，拔出鞘管，压迫止血。	圈套器	圈套器	用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等。	该产品由抓捕器主体、外鞘导管及导引套管组成。抓捕器主体结构由镍钛推送杆、镍钛绳、镀金钨丝、热缩管及扭转器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过				第11批

3607	C02071407400001185730000002	外周血管内异物抓捕器	GNS-20-120	GNS-20-120	国械注准20243031793	丙类	074-抓捕器类	否			是	330804072	血管内滤器转换术	消毒铺巾、麻醉、穿刺置鞘，造影定位，植入导丝，更换导管，植入抓捕器，抓捕倒勾，解除锁定，拉出锁扣，再次造影确认，拔出鞘管，压迫止血。	圈套器	圈套器	用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等。	该产品由抓捕器主体、外鞘导管及导引套管组成。抓捕器主体结构由镍钛推送杆、镍钛绳、镀金钨丝、热缩管及扭转器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
3608	C02071407400001185730000003	外周血管内异物抓捕器	GNS-25-120	GNS-25-120	国械注准20243031793	丙类	074-抓捕器类	否			是	330804072	血管内滤器转换术	消毒铺巾、麻醉、穿刺置鞘，造影定位，植入导丝，更换导管，植入抓捕器，抓捕倒勾，解除锁定，拉出锁扣，再次造影确认，拔出鞘管，压迫止血。	圈套器	圈套器	用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等。	该产品由抓捕器主体、外鞘导管及导引套管组成。抓捕器主体结构由镍钛推送杆、镍钛绳、镀金钨丝、热缩管及扭转器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
3609	C02071407400001185730000004	外周血管内异物抓捕器	GNS-30-120	GNS-30-120	国械注准20243031793	丙类	074-抓捕器类	否			是	330804072	血管内滤器转换术	消毒铺巾、麻醉、穿刺置鞘，造影定位，植入导丝，更换导管，植入抓捕器，抓捕倒勾，解除锁定，拉出锁扣，再次造影确认，拔出鞘管，压迫止血。	圈套器	圈套器	用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等。	该产品由抓捕器主体、外鞘导管及导引套管组成。抓捕器主体结构由镍钛推送杆、镍钛绳、镀金钨丝、热缩管及扭转器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批

3610	C02071407400001185730000005	外周血管内异物抓捕器	GNS-35-120	GNS-35-120	国械注准20243031793	丙类	074-抓捕器类	否			是	330804072	血管内滤器转换术	消毒铺巾、麻醉、穿刺置鞘，造影定位，植入导丝，更换导管，植入抓捕器，抓捕倒勾，解除锁定，拉出锁扣，再次造影确认，拔出鞘管，压迫止血。	圈套器	圈套器	用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等。	该产品由抓捕器主体、外鞘导管及导引套管组成。抓捕器主体结构由镍钛推送杆、镍钛绳、镀金钨丝、热缩管及扭转器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第11批
3611	C01020700114053100880000052	消化系统支架	NB-20/80-Q2-X-3.3/1950-E	NB	国械注准20203130186	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于上下消化道及胆道狭窄及阻塞部位的扩张和支撑。	该产品是由镍钛形状记忆合金丝编织而成的管型网格结构，可有/无硅橡胶覆膜，一端可有/无辅助线，分无菌和非无菌两种形式。组成材料主要为镍钛形状记忆合金丝、硅橡胶、尼龙线。置入器由引导头、芯管、外套管、安全锁、前手柄、推送杆、后手柄、不锈钢管、调节手柄等组成，分无	通过			第11批

3612	C10050116700000095120000006	血液滤过器	HF12	HF12	国械注进20213100215	乙类	167-滤过器类	否			是	311000011	连续性血液净化	含透析液	滤器、管路	血液滤过器	血液滤过器适用于急性肾衰竭患者进行血液滤过治疗，以纠正患者的体液超负荷、脓毒症和/或电解质紊乱。也可用于清除体内过量液体，如采用利尿剂治疗无效的肺水肿或充血性心力衰竭患者	该产品由外壳，端盖，中空纤维膜，O型圈，封口胶，头帽组成。膜材料为无甘油聚醚砜膜。一次性使用。环氧乙烷灭菌。	通过		限抢救病人使用，不作为常规透析使用	第11批
3613	C14060100500002163670000039	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-07B05200F	WK-07B05200F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3614	C14060100500002163670000040	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-01B05185F	WK-01B05185F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3615	C14060100500002163670000041	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-05B10210F	WK-05B10210F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3616	C14060100500002163670000042	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-02S05130F	WK-02S05130F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3617	C14060100500002163670000043	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-03B10200DF	WK-03B10200DF	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3618	C14060100500002163670000044	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-01S05160F	WK-01S05160F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3619	C14060100500002163670000045	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-06B05210F	WK-06B05210F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3620	C14060100500002163670000046	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-07B05210F	WK-07B05210F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3621	C14060100500002163670000047	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-02B10165DF	WK-02B10165DF	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3622	C14060100500002163670000048	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-01S05110F	WK-01S05110F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3623	C14060100500002163670000049	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-04B10230DF	WK-04B10230DF	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3624	C14060100500002163670000050	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-02B10200DF	WK-02B10200DF	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10．消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3625	C14060100500002163670000051	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-03B10165DF	WK-03B10165DF	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3626	C14060100500002163670000052	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-03B10230DF	WK-03B10230DF	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3627	C14060100500002163670000053	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-01B10220F	WK-01B10220F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3628	C14060100500002163670000054	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-07B05240F	WK-07B05240F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3629	C1406010050000216367000005	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-07B05330F	WK-07B05330F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10．消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3630	C14060100500002163670000056	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-01B05200F	WK-01B05200F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3631	C14060100500002163670000057	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-02B10230DF	WK-02B10230DF	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3632	C14060100500002163670000278	多功能手术解剖器(电凝切割器)	WK-01S05130F	WK-01S05130F	湘械注准20212011720	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	单极型产品由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部（可带LED光源灯）、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）、硅胶组成。金属接触人体材质：电极头部采用不锈钢，金属钨，镀铁氟龙涂层，硅胶，铜材料制成。 可选配件：保护盒、吸烟罩。 双极型产品采	通过			第11批

3633	C17010721602000102440000031	自粘性软聚硅酮薄膜敷料	15*20cm	296670	国械注进20193141619	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	适用于处理浅表型创伤，Ⅰ期或Ⅱ期压力性溃疡伤口、表皮烧伤，防止伤口受损；能够保护脆弱、敏感的皮肤不受外界刺激。软聚硅酮薄膜敷料也能够用作开放型手术创伤的保护膜，并作为固定初级敷料的二级敷料。	自粘性软聚硅酮薄膜敷料是一种柔软、无菌、透明、可透气的薄膜敷料，由覆盖司肤泰克软聚硅酮接触层的聚氨酯薄膜组成。薄膜敷料由纸框固定，以方便使用。软聚硅酮接触层覆有压纹背页作为防粘层，用时除去。	通过			第11批

3634	C17010721602000102440000033	自粘性软聚硅酮薄膜敷料	10*12cm	296270	国械注进20193141619	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	适用于处理浅表型创伤，Ⅰ期或Ⅱ期压力性溃疡伤口、表皮烧伤，防止伤口受损；能够保护脆弱、敏感的皮肤不受外界刺激。软聚硅酮薄膜敷料也能够用作开放型手术创伤的保护膜，并作为固定初级敷料的二级敷料。	自粘性软聚硅酮薄膜敷料是一种柔软、无菌、透明、可透气的薄膜敷料，由覆盖司肤泰克软聚硅酮接触层的聚氨酯薄膜组成。薄膜敷料由纸框固定，以方便使用。软聚硅酮接触层覆有压纹背页作为防粘层，用时除去。	通过			第11批

3635	C14171503500000040580000033	封闭式负压引流材料	SAC-W4-A5-D3	SAC-W4-A5-D3	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3636	C14171503500000040580000047	封闭式负压引流材料	SAC-W1-A5-D2	SAC-W1-A5-D2	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3637	C14171503500000040580000079	封闭式负压引流材料	SAC-W3-A5-D1	SAC-W3-A5-D1	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3638	C14171503500000040580000094	封闭式负压引流材料	SAC-W5-A5-D2	SAC-W5-A5-D2	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3639	C14171503500000040580000100	封闭式负压引流材料	SAC-W8-A5-D1	SAC-W8-A5-D1	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3640	C14171503500000040580000101	封闭式负压引流材料	SAC-W6-A5-D2	SAC-W6-A5-D2	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3641	C14171503500000040580000127	封闭式负压引流材料	SAC-W7-A5-D3	SAC-W7-A5-D3	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3642	C14171503500000040580000129	封闭式负压引流材料	SAC-W4-A5-D2	SAC-W4-A5-D2	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3643	C14171503500000040580000146	封闭式负压引流材料	SAC-W2-A5-D2	SAC-W2-A5-D2	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3644	C14171503500000040580000159	封闭式负压引流材料	SAC-W7-A5-D2	SAC-W7-A5-D2	闽械注准20212140082	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	与医用负压源配套使用，用于非慢性创面的负压引流治疗。	产品由切口敷料、医用手术薄膜和管路系统组成。其中管路系统由管路、医疗直尺、管路夹和密封吸盘（附带吸盘贴片）组件组成。管路系统内的管路材质为聚氯乙烯，管路夹材质为聚甲醛树脂，吸盘贴片的材质为聚氨酯；医用手术薄膜、切口敷料的材质为聚氨酯。采用环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

3645	C0205190011400017752000000 1	血流导向密网支架	CFD-325-35-021	CFD-325-35-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3646	C0205190011400017752000000 2	血流导向密网支架	CFD-200-16-021	CFD-200-16-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3647	C02051900114000177520000003	血流导向密网支架	CFD-550-25-027	CFD-550-25-027	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3648	C02051900114000177520000004	血流导向密网支架	CFD-275-12-021	CFD-275-12-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3649	C0205190011400017752000005	血流导向密网支架	CFD-475-14-021	CFD-475-14-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3650	C0205190011400017752000006	血流导向密网支架	CFD-225-12-021	CFD-225-12-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3651	C0205190011400017752000007	血流导向密网支架	CFD-325-25-021	CFD-325-25-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3652	C0205190011400017752000008	血流导向密网支架	CFD-425-20-021	CFD-425-20-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3653	C02051900114000177520000009	血流导向密网支架	CFD-275-20-021	CFD-275-20-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3654	C02051900114000177520000010	血流导向密网支架	CFD-200-10-017	CFD-200-10-017	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3655	C02051900114000177520000011	血流导向密网支架	CFD-600-35-027	CFD-600-35-027	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3656	C02051900114000177520000012	血流导向密网支架	CFD-425-25-021	CFD-425-25-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批

3657	C02051900114000177520000013	血流导向密网支架	CFD-500-14-021	CFD-500-14-021	国械注准20253130971	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的囊状或梭状的宽颈（瘤颈款≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由支架、输送导丝和导入鞘管组成，支架压握在输送导丝末端置入导入鞘管中。支架由钴铬镍-铂合金丝编织而成，表面有高分子涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第11批
3658	C10030316700000166180000003	富血小板血浆制备用套装	BCP-15S	BCP-15S	国械注准20243101153	甲类	167-滤过器类	否			是	310800029	富血小板血浆（PRP）治疗术	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，抽取患者自身血液，注入离心管内，将离心管放入专用离心机内进行分离，分离出富血小板血浆（PRP）。	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	一次性富血小板血浆（PRP）制备套装	产品用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆(PRP)，制备的自体富血小板血浆可在临床医生的指导下，用于骨折手术的辅助治疗。制备产物不能用于静脉注射。	产品由血浆分离器、注射器、注射针、采血针(静脉输液针)组成。电子束辐照灭菌，一次性使用。组件主要原材料信息详见产品技术要求。	通过			第11批

3659	C02071605400000025750000004	连通板	LT-C02-03	LT-C02-03	国械注准20243140005	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通	作为连接通路， 建立多通道， 提供药液或造影剂注射使用。	连通板由连通板主体、开关、圆锥锁定接头、母接头保护帽和公接头保护帽组成。	通过			第11批

3660	C02072105400000025750000010	一次性使用球囊扩充压力泵	YB-C01-Y30-V20-P02	YB-C01-Y30-V20-P02	闽械注准20192030092	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	用于心血管介入手术中，与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。	该产品由充压装置；压力表；延长管；接头和连接开关（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。	通过			第11批

3661	C01030100115083025750000134	一次性使用无菌输尿管支架套件	DJ-D06-L260-P03	DJ-D06-L260-P03	闽械注准20202140405	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品通过微创介入或开放手术置入肾盂与膀胱间，起支撑、引流作用。	该产品由输尿管支架、推进管、导丝(选配)组成;其中导丝为两端直型导丝和复合斑马导丝，均主要由软头、内芯和包塑层组成，并套入导丝保护套中进行防护。经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。	通过			第11批

3662	C01030100115083025750000136	一次性使用无菌输尿管支架套件	DJ-D05-L260-P03	DJ-D05-L260-P03	闽械注准20202140405	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品通过微创介入或开放手术置入肾盂与膀胱间，起支撑、引流作用。	该产品由输尿管支架、推进管、导丝(选配)组成;其中导丝为两端直型导丝和复合斑马导丝，均主要由软头、内芯和包塑层组成，并套入导丝保护套中进行防护。经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。	通过			第11批

3663	C01030100115101025750000024	一次性使用无菌输尿管支架套件	DJ-D05-L270-P01	DJ-D05-L270-P01	闽械注准20202140405	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品通过微创介入或开放手术置入肾盂与膀胱间，起支撑、引流作用。	该产品由输尿管支架、推进管、导丝(选配)组成;其中导丝为两端直型导丝和复合斑马导丝，均主要由软头、内芯和包塑层组成，并套入导丝保护套中进行防护。经环氧乙烷灭菌，产品应无菌。	通过			第11批

3664	C01030600400006025750000009	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1245-113A	FQC02-1245-113A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3665	C01030600400006025750000010	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1435-113A	FQC02-1435-113A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3666	C01030600400006025750000020	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1035-013A	FQC02-1035-013A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3667	C01030600400006025750000024	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1245-013A	FQC02-1245-013A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3668	C01030600400006025750000033	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1035-113A	FQC02-1035-113A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3669	C01030600400006025750000035	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1235-113A	FQC02-1235-113A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3670	C01030600400006025750000039	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1445-113A	FQC02-1445-113A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3671	C01030600400006025750000048	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1045-113A	FQC02-1045-113A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3672	C01030600400006025750000050	一次性使用输尿管导引鞘	FQC02-1235-013A	FQC02-1235-013A	闽械注准20232020162	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	由导引鞘、扩张器和导丝（选配）组成:导引鞘鞘管座可分为直型、Y型和W型三种结构；直型导引鞘由鞘管、鞘管座组成；Y型和W型导引鞘由鞘管、鞘管座和密封盖组成；鞘管表面可无亲水涂层或有亲水涂层；扩张器由扩张管、扩张器座和锁扣组成；选配件导丝由软头、内芯和包塑层组成。	通过			第11批

3673	C14171503500000030300000003	一次性负压持续引流系统-引流管	PU-Fr12	聚氨酯型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3674	C14171503500000030300000004	一次性负压持续引流系统-引流管	SR-Fr10	硅橡胶型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3675	C14171503500000030300000007	一次性负压持续引流系统-引流管	SR-Fr8	硅橡胶型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3676	C14171503500000030300000008	一次性负压持续引流系统-引流管	SR-Fr15	硅橡胶型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3677	C14171503500000030300000009	一次性负压持续引流系统-引流管	SR-Fr18	硅橡胶型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3678	C14171503500000030300000010	一次性负压持续引流系统-引流管	PU-Fr22	聚氨酯型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3679	C14171503500000030300000012	一次性负压持续引流系统-引流管	SR-Fr20	硅橡胶型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3680	C14171503500000030300000013	一次性负压持续引流系统-引流管	PU-Fr15	聚氨酯型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3681	C14171503500000030300000014	一次性负压持续引流系统-引流管	PU-Fr10	聚氨酯型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3682	C14171503500000030300000015	一次性负压持续引流系统-引流管	SR-Fr12	硅橡胶型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3683	C14171503500000030300000016	一次性负压持续引流系统-引流管	PU-Fr18	聚氨酯型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批

3684	C14171503500000030300000017	一次性负压持续引流系统-引流管	SR-Fr22	硅橡胶型	鲁械注准20182140004	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	适用于临床外科手术或其他伤口产生的积液、积气、积血的持续引流。	一次性负压持续引流系统是由引流瓶、连接管、板状夹、单向阀、引流管接头、引流管、引导针组成；其中引流瓶由引流瓶体、流量控制球囊、连接管接头、瓶体保护罩、真空指示器、悬挂吊带组成。引流瓶为PVC材质，按照引流管材质不同，分为PU型和SR型，PU型为聚氨酯材质，SR型	通过			第11批
3685	C14171101000000030300000008	一次性使用冲洗引流管	5×420	BNS-BZ型	鲁械注准20212020468	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床冲洗引流用。	一次性使用冲洗引流管由护套、穿刺头、接头、罗伯特夹、导管、不锈钢接管、阀体、阀门、三通接头、吸引管（标准型）、持续引流阀体（标准型）、连接管（标准型）、吸烟阀门（吸烟型）、取样阀门（吸烟型）组成	通过			第11批

3686	C03131108603002091220000095	带锁髓内钉-封帽	（封帽(Ⅱ型)(钛合金)）10	WGA1Z03-01	国械注准20163131478	丙类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于股骨干骨折、胫骨干骨折、股骨颈骨折、股骨粗隆间骨折或合并股骨干骨折、股骨髁上骨折、股骨髁间骨折或合并股骨干骨折内固定。	带锁髓内钉分:胫骨带锁髓内钉、股骨逆行带锁髓内钉、伽玛型带锁髓内钉、股骨带锁髓内钉，有实心和空心两种结构。该产品由髓内钉、交锁螺钉、螺旋刀片、骨螺钉(锁钉)、拉力螺钉、锁定螺钉、重建螺钉、加压螺钉以及封帽组成。该产品由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制成。	通过			第11批
3687	C03290909901002091220000240	钛网	（圆形钛网(纯钛)）10×11mm	GB3Z01	国械注准20173130019	丙类	099-钛网类	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	适用于腰椎前、后路椎间融合、腰椎远外侧后路椎间融合、腰椎经椎间孔椎间融合、颈椎椎间融合和椎体切除后椎间融合。	该产品为钛网，采用符合GB/T13810-2007的纯钛（TA3G）材料制造，表面可经阳极氧化处理。分为灭菌和非灭菌两种包	通过			第11批

3688	C03260208901004091220000001	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.5×60	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3689	C03260208901004091220000002	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.5×45	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3690	C03260208901004091220000004	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.5×35	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3691	C03260208901004091220000005	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.5×40	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3692	C03260208901004091220000006	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.0×40	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3693	C03260208901004091220000007	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.0×30	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3694	C03260208901004091220000009	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.0×60	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3695	C03260208901004091220000010	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.0×50	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3696	C03260208901004091220000011	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.5×40	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3697	C03260208901004091220000013	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.5×60	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3698	C03260208901004091220000015	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）5.0×30	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3699	C03260208901004091220000016	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.0×60	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3700	C03260208901004091220000018	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.0×55	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3701	C03260208901004091220000019	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.5×25	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3702	C03260208901004091220000021	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.5×65	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3703	C03260208901004091220000024	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.5×50	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3704	C03260208901004091220000025	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.0×50	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3705	C03260208901004091220000026	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.5×30	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3706	C03260208901004091220000028	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.0×35	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3707	C03260208901004091220000029	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.5×30	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3708	C03260208901004091220000033	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）5.0×35	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3709	C03260208901004091220000035	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.0×55	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3710	C03260208901004091220000037	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）5.5×55	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉， 连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生 长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合 GB/T 13810 标准要求的TA3G 纯钛材料制成，其他组件由符合 GB/T 13810 标准要求的TC4 钛合金材料制成。产品表面可经着色阳极	通过			第11批

3711	C03260208901004091220000039	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.5×50	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3712	C03260208901004091220000043	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.0×40	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3713	C03260208901004091220000044	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.5×55	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3714	C03260208901004091220000046	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.0×65	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3715	C03260208901004091220000047	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.5×35	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3716	C03260208901004091220000048	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.0×65	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3717	C03260208901004091220000049	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.5×45	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3718	C03260208901004091220000050	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）6.0×45	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3719	C03260208901004091220000055	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创短尾椎弓根钉（钛合金））5.0×35	WGB1Z-10-05	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3720	C03260208901004091220000089	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创短尾椎弓根钉（钛合金））5.0×25	WGB1Z-10-05	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3721	C03260208901004091220000094	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创短尾椎弓根钉（钛合金））5.0×40	WGB1Z-10-05	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第11批

3722	C03250508901057091220000002	脊柱后路内固定系统-椎弓根螺钉	（椎弓根螺钉(钛合金)）6.0×25	GB1Z-8	国械注准20173134403	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选/未中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	该系统由GB1Z-8型脊柱内固定器组成，内固定器由椎弓根螺钉，短尾椎弓根钉，万向复位螺钉，万向螺钉，棒，连接杆，横连杆装配，顶丝，自断螺塞，复位螺塞，骨钩，复位骨钩，多米诺接头，长多米诺接头，生长阀和侧方联接器组成。万向螺钉组件球形环、万向复位螺钉组件球形环以及棒采用符合GB/T 13810标准	通过			第11批

3723	C03140208701004091220000988	脊柱手术组合式牵引架器械包-调节连接块	(调节连接块)8×4.5	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3724	C03140208701004091220001084	脊柱手术组合式牵引架器械包-调节连接块	(调节连接块)8×7	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3725	C03140208701004091220001102	脊柱手术组合式牵引架器械包-调节连接块	(调节连接块)8×3.5	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3726	C03140208701004091220001107	脊柱手术组合式牵引架器械包-调节连接块	(调节连接块)8×8	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3727	C03140308701002091220000247	脊柱手术组合式牵引架器械包-连接棒	（支撑杆）8×400	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3728	C03140308701002091220000278	脊柱手术组合式牵引架器械包-连接棒	（支撑杆）8×300	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3729	C03140308701002091220000469	脊柱手术组合式牵引架器械包-连接棒	（支撑杆）8×100	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3730	C03140308701002091220000502	脊柱手术组合式牵引架器械包-连接棒	（支撑杆）8×150	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3731	C03140308701002091220000542	脊柱手术组合式牵引架器械包-连接棒	(延长片)7×54	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3732	C03140308701002091220000548	脊柱手术组合式牵引架器械包-连接棒	(延长片)6×54	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3733	C03140308701002091220000570	脊柱手术组合式牵引架器械包-连接棒	(延长片)5×54	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3734	C03140408701001091220000151	脊柱手术组合式牵引架器械包-配件	(导钉座)7×35	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3735	C03140408701001091220000185	脊柱手术组合式牵引架器械包-配件	(锁紧钉)6×35	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3736	C03140408701001091220000231	脊柱手术组合式牵引架器械包-配件	(锁紧钉)6×30	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3737	C03140408701002091220000140	脊柱手术组合式牵引架器械包-六角螺母	(六角螺母)M6	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3738	C03140408701003091220002838	脊柱手术组合式牵引架器械包-扳手	(骨科用扳手(旋钮-双))19	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3739	C03140408701003091220002839	脊柱手术组合式牵引架器械包-扳手	(骨科用扳手(骨针))3.0×100	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3740	C03140408701003091220002869	脊柱手术组合式牵引架器械包-扳手	(骨科用扳手(螺母))10×13	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3741	C03140408701003091220002893	脊柱手术组合式牵引架器械包-扳手	(骨科用螺丝刀(梅花))T27A	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3742	C03140408701003091220002903	脊柱手术组合式牵引架器械包-扳手	(骨科用螺丝刀(六方))SW4.0	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3743	C03140408701004091220001011	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	（支撑杆-螺母）8×305	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3744	C03140408701004091220001018	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	（支撑杆-螺母）8×355	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3745	C03140408701004091220001058	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	（支撑杆-螺母）8×405	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3746	C03140408701004091220001105	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	（支撑杆-螺母）8×455	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3747	C03140408701004091220001356	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	(调节螺杆-全杆)6×200	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3748	C03140408701004091220001423	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	(调节螺杆-全杆)6×50	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3749	C03140408701004091220001436	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	(调节螺杆-全杆)6×100	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3750	C03140408701004091220001528	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	(支撑杆-旋钮)8×225	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3751	C03140408701004091220001645	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	(调节螺杆-全杆)6×150	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3752	C03140408701004091220001779	脊柱手术组合式牵引架器械包-螺纹杆	(支撑杆-旋钮)8×215	GB41X	鲁威械备20190118号	丙类	087-外固定系统类	否			是	320701001	经皮穿刺脊柱后凸成形术		复位装置	复位装置	适用于脊柱手术中骨骼复位牵引，不与椎间隙直接接触。	脊柱手术组合式牵引架器械包由脊柱手术组合式牵引架和配套工具组成。脊柱手术组合式牵引架由牵引钉、导钉座、六角螺母、环架、调节螺杆-全杆、调节螺杆-半杆、支撑杆、支撑杆-螺母、支撑杆-折弯、支撑杆-旋钮、环架支撑杆、固定连接块、挡片、连接杆、夹持块、调节连接块、延长片、	通过			第11批

3753	C14230120200001071870014805	一次性使用输液器	进气式、超低密度聚乙烯精密型、5um、带静脉针：0.7	ABS瓶塞穿刺器、带塞子、带进气件、带注射件	国械注准20173141051	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	适用于人体静脉输注药液。	产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、带空气过滤器和塞子的进去口（可无）液体通道、进气器件(可无)、滴管、滴斗、流量调节器、注射件(可无)、药液过滤器、管路外圆锥接头、外圆锥接头保护套(可夹子(可无)、一次性使用静脉输液针(可无)。精密过滤型产品药液过滤器的孔径:5rm、	通过			第11批
3754	C01020900114061036550000011	胆道支架	LZII-08-40 G	LZII-08-40 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3755	C01020900114061036550000012	胆道支架	LZII-08-40 P	LZII-08-40 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3756	C01020900114061036550000013	胆道支架	LZII-10-50 P	LZII-10-50 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3757	C01020900114061036550000014	胆道支架	LZII-08-60 P	LZII-08-60 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3758	C01020900114061036550000015	胆道支架	LZII-08-60 G	LZII-08-60 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3759	C01020900114061036550000016	胆道支架	LZII-10-70 P	LZII-10-70 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3760	C01020900114061036550000017	胆道支架	LZII-10-60 P	LZII-10-60 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3761	C01020900114061036550000018	胆道支架	LZII-08-50 P	LZII-08-50 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3762	C01020900114061036550000019	胆道支架	LZII-10-60 G	LZII-10-60 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3763	C01020900114061036550000020	胆道支架	LZII-10-70 G	LZII-10-70 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3764	C01020900114061036550000021	胆道支架	LZII-10-40 G	LZII-10-40 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3765	C01020900114061036550000022	胆道支架	LZII-10-80 G	LZII-10-80 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3766	C01020900114061036550000023	胆道支架	LZII-10-80 P	LZII-10-80 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.02	胆道支架置入术(经十二指肠内窥镜加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3767	C01020900114061036550000024	胆道支架	LZII-08-70 G	LZII-08-70 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3768	C01020900114061036550000025	胆道支架	LZII-08-50 G	LZII-08-50 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3769	C01020900114061036550000026	胆道支架	LZII-10-40 P	LZII-10-40 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3770	C01020900114061036550000027	胆道支架	LZII-08-80 P	LZII-08-80 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3771	C01020900114061036550000028	胆道支架	LZII-08-70 P	LZII-08-70 P	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3772	C01020900114061036550000029	胆道支架	LZII-08-80 G	LZII-08-80 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批

3773	C01020900114061036550000030	胆道支架	LZII-10-50 G	LZII-10-50 G	国械注准20163132533	甲类	001-支架类	否			是	310905022.01	胆道支架置入术(术后扩张加收)		支架(含支架推送器)、内镜切开刀、球囊扩张器、导丝、导管	支架(含支架推送器)	该产品用于胆道的支撑。	该产品由支架与输送器组成，产品以支架预装入输送器形式供货。支架为直型，由镍钛记忆合金制成。支架的直径为8-10mm,长度为40-80mm。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品有效期2年	通过			第11批
3774	C17010821605000105380000082	重组胶原蛋白鼻腔黏膜护理敷料	10g	/	鲁械注准20252140209	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	用于鼻腔黏膜干裂、过敏性鼻炎等引起的鼻腔微小创面的清洗及护理。	产品由喷雾器和产品溶液两部分组成。喷雾器由高密度聚乙烯瓶、 聚丙烯喷雾剂泵组成；产品溶液由重组胶原蛋白、戊二醇、羧甲基纤维素钠、甘油、 氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、山梨酸钾和纯化水组成；以非	通过			第11批

3775	C17010821605000105380000084	重组胶原蛋白鼻腔黏膜护理敷料	15g	/	鲁械注准20252140209	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	用于鼻腔黏膜干裂、过敏性鼻炎等引起的鼻腔微小创面的清洗及护理。	产品由喷雾器和产品溶液两部分组成。喷雾器由高密度聚乙烯瓶、 聚丙烯喷雾剂泵组成；产品溶液由重组胶原蛋白、戊二醇、羧甲基纤维素钠、甘油、 氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、山梨酸钾和纯化水组成；以非	通过			第11批
3776	C17010821605000105380000087	重组胶原蛋白鼻腔黏膜护理敷料	30g	/	鲁械注准20252140209	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	用于鼻腔黏膜干裂、过敏性鼻炎等引起的鼻腔微小创面的清洗及护理。	产品由喷雾器和产品溶液两部分组成。喷雾器由高密度聚乙烯瓶、 聚丙烯喷雾剂泵组成；产品溶液由重组胶原蛋白、戊二醇、羧甲基纤维素钠、甘油、 氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、山梨酸钾和纯化水组成；以非	通过			第11批

3777	C14171101000000182230000022	一次性使用冲洗引流导管	5×360	YN-BZ型	鲁械注准20222020617	丙类	010-管路类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	供临床冲洗引流用。	由：产品穿护套、接刺头、罗伯特夹、冲洗管、引流管、不锈钢接管、阀体、冲洗阀门、引流阀门、吸烟阀门（吸烟型）组成。	通过			第11批

3778	C14171101000000182230000023	一次性使用冲洗引流导管	5×420	YN-BZ型	鲁械注准20222020617	丙类	010-管路类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床冲洗引流用。	一次性使用冲洗引流导管由护套、穿刺头、接头、罗伯特夹、冲洗管、引流管、不锈钢接管、引流阀门、冲洗阀门、阀体、三通接头（标准型）、吸引管（标准型）、持续引流阀体（标准型）、连接管（标准型）、吸烟阀门（吸烟型）组成。	通过			第11批
3779	C15011021200003051590000001	可吸收骨蜡	ABW-0.5	ABW-0.5	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605008	下颌骨缺损钛板即刻植入术	含骨断端准备、钛板植入及固定	骨蜡、钛板、钛钉	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批

3780	C15011021200003051590000002	可吸收骨蜡	ABW-1.0	ABW-1.0	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605013	颌骨良性病变切除术	包括上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(含刮治术)；不含松质骨或骨替代物的植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批
3781	C15011021200003051590000003	可吸收骨蜡	ABW-1.5	ABW-1.5	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605013	颌骨良性病变切除术	包括上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(含刮治术)；不含松质骨或骨替代物的植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批
3782	C15011021200003051590000004	可吸收骨蜡	ABW-2.5	ABW-2.5	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605013	颌骨良性病变切除术	包括上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(含刮治术)；不含松质骨或骨替代物的植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批

3783	C15011021200003051590000005	可吸收骨蜡	ABW-2.0	ABW-2.0	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605013	颌骨良性病变切除术	包括上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(含刮治术)；不含松质骨或骨替代物的植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批
3784	C15011021200004051590000001	可吸收骨蜡	ABW-4.0	ABW-4.0	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605013	颌骨良性病变切除术	包括上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(含刮治术)；不含松质骨或骨替代物的植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批
3785	C15011021200004051590000002	可吸收骨蜡	ABW-3.0	ABW-3.0	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605013	颌骨良性病变切除术	包括上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(含刮治术)；不含松质骨或骨替代物的植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批

3786	C15011021200004051590000003	可吸收骨蜡	ABW-3.5	ABW-3.5	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605024	髁状突肿物切除术	含肿物切除及髁突修整；不含人造关节植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批
3787	C15011021200004051590000004	可吸收骨蜡	ABW-4.5	ABW-4.5	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605013	颌骨良性病变切除术	包括上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(含刮治术)；不含松质骨或骨替代物的植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批
3788	C15011021200004051590000005	可吸收骨蜡	ABW-5.0	ABW-5.0	国械注准20253131096	丙类	212-止血材料类	否			是	330605013	颌骨良性病变切除术	包括上、下颌骨骨髓炎、良性肿瘤、瘤样病变及各类囊肿的切除术(含刮治术)；不含松质骨或骨替代物的植入	骨蜡	骨蜡	本产品适用于四肢、胸腰椎、上下颌骨部位骨创面毛细血管出血的止血。	本产品由泊洛沙姆188、硬脂酸钙、磷酸钙、羧甲基纤维素钠和微生素E醋酸酯组成。本产品经辐射灭菌，一次性使用，货架有效期36个月	通过			第11批

3789	C17010721603000091440000002	功能性敷料生物医用膜(贴)	17.1cm*17.9cm	YGM-HKY	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的辅助治疗效果。	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3790	C17010721603000091440000004	功能性敷料生物医用膜(贴)	23cm*23cm	YGM-HKY	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的辅助治疗效果。	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3791	C17010721603000091440000005	功能性敷料生物医用膜(贴)	18cm*8cm	YGM-DCK	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3792	C17010721603000091440000008	功能性敷料生物医用膜(贴)	9cm*25cm	YGM-EJC	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3793	C17010721603000091440000009	功能性敷料生物医用膜(贴)	9cm*20cm	YGM-EJC	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3794	C17010721603000091440000010	功能性敷料生物医用膜(贴)	10cm*12cm	YGM-CGD	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3795	C17010721603000091440000012	功能性敷料生物医用膜(贴)	6cm*10cm	YGM-EJC	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3796	C17010721603000091440000013	功能性敷料生物医用膜(贴)	7cm*9cm	YGM-CGD	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3797	C17010721603000091440000014	功能性敷料生物医用膜(贴)	6cm*7cm	YGM-EJC	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3798	C17010721603000091440000015	功能性敷料生物医用膜(贴)	9cm*15cm	YGM-EJC	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3799	C17010721603000091440000016	功能性敷料生物医用膜(贴)	6cm*7cm	YGM-CGD	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3800	C17010721603000091440000029	功能性敷料生物医用膜(贴)	12.5cm*12.5cm	YGM-HKY	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的辅助治疗效果。	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3801	C17010721603000091440000030	功能性敷料生物医用膜(贴)	10cm*10cm	YGM-HKY	陕械注准20182140013	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	该产品用于手术切口、创伤口及各种炎症伤口，具有吸附、消炎、抗菌、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕形成的作用；可用于菌类感染(如：妇科人流和产后等)及各种创面的辅助止血；可用于辅助减少微创(如留置、置管及输液、引流)的合并感染；对溃疡伤口具有一定的辅助治疗效果。	该产品由聚氨酯膜、硅胶、聚氨酯泡沫为基底（防水）；丙烯酸酯压敏胶为背基；吸水垫由外科纱布敷料制成，其中加入远红外材料及生物光素复合医用材料。复合医用材料能发出与人体红外波长相近的红外光线。产品应无菌。	通过			第11批

3802	C01050300700001028970000195	一次性使用穿刺活检针	23Gx50mm RW	BN-MAR-1/VII-XI	沪械注准20212140149	丙类	007-活检材料类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针	产品用于在B超或X-线监视下，经皮穿刺，获取实质性脏器或肿瘤的活检组织样本（不适用与骨活检和脑室等中枢神经系统活检）。	一次性使用穿刺活检针由针座（带内圆锥鲁头接头）、衬芯座、针 管、衬芯、护套和游标（可选）组成。针座由K-树脂（苯乙烯- 丁二烯共聚物）（11G-15G）或聚碳酸酯（16G-27G）材料制成，衬芯座由聚乙烯（11G-15G）或聚碳酸酯（16G-27G）材料制成，针管、衬芯	通过			第11批

3803	C01050300700001028970000334	一次性使用穿刺活检针	23Gx70mm RW	BN-MAR-1/VII-XI	沪械注准20212140149	丙类	007-活检材料类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针	产品用于在B超或X-线监视下，经皮穿刺，获取实质性脏器或肿瘤的活检组织样本（不适用与骨活检和脑室等中枢神经系统活检）。	一次性使用穿刺活检针由针座（带内圆锥鲁头接头）、衬芯座、针 管、衬芯、护套和游标（可选）组成。针座由K-树脂（苯乙烯- 丁二烯共聚物）（11G-15G）或聚碳酸酯（16G-27G）材料制成，衬芯座由聚乙烯（11G-15G）或聚碳酸酯（16G-27G）材料制成，针管、衬芯	通过			第11批

3804	C02070100400001191980000017	造影导管	RAV132	RAV132	国械注准20243032439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于通过桡动脉入路，将造影介质送至血管系统中指定位置。	该产品由导管座、扩散应力管、导管管体和亲水涂层组成。其中导管管体由导管近端、导管远端、导管头端组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第11批

3805	C10090300200000197050000082	动静脉瘘高压球囊扩张导管	7.0mm×60mm×50cm	LL070060B	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第11批

3806	C10090300200000197050000095	动静脉瘘高压球囊扩张导管	10.0mm×40mm×50cm	LL100040B	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第11批
3807	C17020121603000106340000001	医用硅酮凝胶	15g	15g	沪械注准20172140333	丙类	216-敷料类	否			是	311400056	烧伤换药		医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料、含银抗菌敷料。	医用伤口护理膜	用于烧伤、创伤、外科手术引起的增生性瘢痕的辅助治疗。不适用于陈旧瘢痕和开放性伤口	产品由硅胶弹性体和高分子硅油按一定比例配制混合而成。	通过			第11批
3808	C17020121603000106340000002	医用硅酮凝胶	30g	30g	沪械注准20172140333	丙类	216-敷料类	否			是	311400056	烧伤换药		医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料、含银抗菌敷料。	医用伤口护理膜	用于烧伤、创伤、外科手术引起的增生性瘢痕的辅助治疗。不适用于陈旧瘢痕和开放性伤口	产品由硅胶弹性体和高分子硅油按一定比例配制混合而成。	通过			第11批

3809	C14020226400011145580000001	一次性医用牵开器	10mm*30mm S型	SH-1030-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3810	C14020226400011145580000002	一次性医用牵开器	15mm*75mm R型	SH-1575-R	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3811	C14020226400011145580000003	一次性医用牵开器	43mm*100mm S型	SH-4310-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3812	C14020226400011145580000004	一次性医用牵开器	25mm*75mm R型	SH-2575-R	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织， 并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3813	C14020226400011145580000005	一次性医用牵开器	25mm*75mm S型	SH-2575-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3814	C14020226400011145580000006	一次性医用牵开器	15mm*75mm S型	SH-1575-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3815	C14020226400011145580000007	一次性医用牵开器	30mm*100mm S型	SH-3010-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3816	C14020226400011145580000008	一次性医用牵开器	13mm*45mm S型	SH-1345-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3817	C14020226400011145580000009	一次性医用牵开器	30mm*120mm S型	SH-3012-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3818	C14020226400011145580000010	一次性医用牵开器	43mm*125mm S型	SH-4312-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3819	C14020226400011145580000011	一次性医用牵开器	43mm*65mm S型	SH-4365-S	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3820	C14020226400011145580000012	一次性医用牵开器	30mm*120mm R型	SH-3012-R	沪械注准20242010109	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	用于牵开和扩张组织，并提供局部照明。	产品由一次性医用牵开器和照明手柄组成，具体配置见附页。一次性医用牵开器采用聚碳酸酯材料制成，产品不含电池。	通过			第11批

3821	C02020500215005227920000001	冠状动脉球囊扩张导管	CT015006	CT015006	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3822	C02020500215005227920000002	冠状动脉球囊扩张导管	CT010004	CT010004	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3823	C02020500215005227920000003	冠状动脉球囊扩张导管	CT010020	CT010020	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3824	C02020500215005227920000004	冠状动脉球囊扩张导管	CT008512	CT008512	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3825	C02020500215005227920000005	冠状动脉球囊扩张导管	CT008520	CT008520	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3826	C02020500215005227920000006	冠状动脉球囊扩张导管	CT007015	CT007015	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3827	C02020500215005227920000007	冠状动脉球囊扩张导管	CT010012	CT010012	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3828	C02020500215005227920000008	冠状动脉球囊扩张导管	CT010010	CT010010	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3829	C02020500215005227920000009	冠状动脉球囊扩张导管	CT008506	CT008506	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3830	C02020500215005227920000010	冠状动脉球囊扩张导管	CT007010	CT007010	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3831	C02020500215005227920000011	冠状动脉球囊扩张导管	CT015010	CT015010	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3832	C02020500215005227920000012	冠状动脉球囊扩张导管	CT007012	CT007012	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3833	C02020500215005227920000013	冠状动脉球囊扩张导管	CT008510	CT008510	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3834	C02020500215005227920000014	冠状动脉球囊扩张导管	CT010006	CT010006	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3835	C02020500215005227920000015	冠状动脉球囊扩张导管	CT008515	CT008515	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3836	C02020500215005227920000016	冠状动脉球囊扩张导管	CT015004	CT015004	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3837	C02020500215005227920000017	冠状动脉球囊扩张导管	CT007020	CT007020	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3838	C02020500215005227920000018	冠状动脉球囊扩张导管	CT012525	CT012525	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3839	C02020500215005227920000019	冠状动脉球囊扩张导管	CT010015	CT010015	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3840	C02020500215005227920000020	冠状动脉球囊扩张导管	CT012512	CT012512	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3841	C02020500215005227920000021	冠状动脉球囊扩张导管	CT015015	CT015015	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3842	C02020500215005227920000022	冠状动脉球囊扩张导管	CT015030	CT015030	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3843	C02020500215005227920000023	冠状动脉球囊扩张导管	CT008530	CT008530	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3844	C02020500215005227920000024	冠状动脉球囊扩张导管	CT012506	CT012506	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3845	C02020500215005227920000025	冠状动脉球囊扩张导管	CT007004	CT007004	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3846	C02020500215005227920000026	冠状动脉球囊扩张导管	CT012520	CT012520	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3847	C02020500215005227920000027	冠状动脉球囊扩张导管	CT010025	CT010025	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3848	C02020500215005227920000028	冠状动脉球囊扩张导管	CT008504	CT008504	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3849	C02020500215005227920000029	冠状动脉球囊扩张导管	CT012504	CT012504	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3850	C02020500215005227920000030	冠状动脉球囊扩张导管	CT015025	CT015025	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3851	C02020500215005227920000031	冠状动脉球囊扩张导管	CT015012	CT015012	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3852	C02020500215005227920000032	冠状动脉球囊扩张导管	CT007025	CT007025	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3853	C02020500215005227920000033	冠状动脉球囊扩张导管	CT012510	CT012510	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3854	C02020500215005227920000034	冠状动脉球囊扩张导管	CT012530	CT012530	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3855	C02020500215005227920000035	冠状动脉球囊扩张导管	CT008525	CT008525	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3856	C02020500215005227920000036	冠状动脉球囊扩张导管	CT012515	CT012515	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3857	C02020500215005227920000037	冠状动脉球囊扩张导管	CT007030	CT007030	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3858	C02020500215005227920000038	冠状动脉球囊扩张导管	CT015020	CT015020	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批

3859	C02020500215005227920000039	冠状动脉球囊扩张导管	CT007006	CT007006	国械注准20243030845	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。	该产品为快速交换型球囊扩张导管，由末端、远端内管、显影环、球囊、远端外管、近端外管、近端内管、过渡管、标记带、海波管、导管加强件、座组成，球囊导管表面涂覆有亲水涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期三年。	通过			第11批
3860	C07010208902008235550000001	膜固定钉	29-1013	29-1013	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3861	C07010208902008235550000002	膜固定钉	30-0615	30-0615	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批

3862	C07010208902008235550000003	膜固定钉	27-0403	27-0403	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3863	C07010208902008235550000004	膜固定钉	29-1007	29-1007	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3864	C07010208902008235550000005	膜固定钉	29-0813	29-0813	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3865	C07010208902008235550000006	膜固定钉	30-0607	30-0607	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3866	C07010208902008235550000007	膜固定钉	27-0303	27-0303	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批

3867	C07010208902008235550000008	膜固定钉	30-0609	30-0609	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3868	C07010208902008235550000009	膜固定钉	30-0611	30-0611	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3869	C07010208902008235550000010	膜固定钉	29-1009	29-1009	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3870	C07010208902008235550000011	膜固定钉	29-0809	29-0809	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3871	C07010208902008235550000012	膜固定钉	26-0405	26-0405	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批

3872	C07010208902008235550000013	膜固定钉	26-0505	26-0505	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3873	C07010208902008235550000014	膜固定钉	27-0503	27-0503	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3874	C07010208902008235550000015	膜固定钉	26-0404	26-0404	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3875	C07010208902008235550000016	膜固定钉	30-0613	30-0613	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3876	C07010208902008235550000017	膜固定钉	29-1011	29-1011	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批

3877	C07010208902008235550000018	膜固定钉	29-0807	29-0807	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3878	C07010208902008235550000019	膜固定钉	26-0504	26-0504	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3879	C07010208902008235550000020	膜固定钉	29-0811	29-0811	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3880	C07010208902008235550000021	膜固定钉	28-0302	28-0302	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3881	C07010208902008235550000022	膜固定钉	29-1015	29-1015	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批

3882	C07010208902008235550000023	膜固定钉	29-0815	29-0815	国械注准20243171987	甲类	089-内固定材料类	否			是	330608024	下颌骨缺损钛板重建术	含颌间固定和邻位皮瓣修复	骨蜡、钛板、钛钉、吸收性微型骨板、吸收性微型骨钉、特殊填充材料	钛钉	该产品用于固定牙槽骨中骨缺损部位的屏障膜，防止骨填充材料移位。	膜固定钉由符合GB/T 13810的TC4 ELI钛合金材料制成，无表面处理。交付状态为非无菌形式。	通过			第11批
3883	C01031700400000174130000002	一次性使用测压输尿管内窥镜导管	PY-FPU-3	PY-FPU-3	沪械注准20242060002	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器（型号：PY-IPE）、医用控压冲吸系统（型号：PY-IPS-SF、PY-IPS-F）配套，经尿道进入人体，通过视频显示器提供影像，配合内窥镜附件，对患者输尿管及肾盂进行内镜检查或内镜手术。不能与高频	产品由头端部（摄像头、LED光源、压力传感器）、弯曲部、插入部、操作部、手柄连接线、工作通道、三通阀组成，含软件组件（发布版本V1）。	通过			第11批

3884	C03160900000000098890000814	漏斗胸矫形器	L=240	GLD(Ⅱ)02-2	国械注准20163132054	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于漏斗胸矫形内固定	该产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢，符合ISO 5832-2标准规定的纯钛或符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，纯钛或钛合金产品表面经过阳极氧化处理或表面无着色。灭菌包装或非灭菌包装	通过			第11批
3885	C03160900000000098890000815	漏斗胸矫形器	L=46	GLD(Ⅱ)01-2	国械注准20163132054	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于漏斗胸矫形内固定。	该产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢、符合ISO5832-2标准规定的纯钛或符合ISO5832-3标准规定的Ti6A14V钛合金材料制成，纯钛及钛合金产品表面经过阳极氧化处理或表面无着色。灭菌包装或非灭菌包装	通过			第11批

3886	C03160900000000098890001065	漏斗胸矫形器	L=260	GLD(Ⅱ)02-2	国械注准20163132054	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于漏斗胸矫形内固定	该产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢，符合ISO 5832-2标准规定的纯钛或符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，纯钛或钛合金产品表面经过阳极氧化处理或表面无着色。灭菌包装或非灭菌包装	通过			第11批
3887	C03271009000002098890000001	漏斗胸矫形器	50×15×5，2孔	GLD(Ⅲ)01-2	国械注准20163132054	丙类	090-垫片类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于漏斗胸矫形内固定。	该产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢、符合ISO5832-2标准规定的纯钛或符合ISO5832-3标准规定的Ti6A14V钛合金材料制成，纯钛及钛合金产品表面经过阳极氧化处理或表面无着色。灭菌包装或非灭菌包装	通过			第11批

3888	C03271009000002098890000002	漏斗胸矫形器	60×15×5，2孔	GLD(Ⅲ)01-2	国械注准20163132054	丙类	090-垫片类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于漏斗胸矫形内固定。	该产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢、符合ISO5832-2标准规定的纯钛或符合ISO5832-3标准规定的Ti6A14V钛合金材料制成，纯钛及钛合金产品表面经过阳极氧化处理或表面无着色。灭菌包装或非灭菌包装	通过			第11批

3889	C03220208900002063880000001	脊柱后路内固定系统-连接头	5.5，小	SFN1Z05	国械注准20163131857	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品供骨科开放或微创手术时脊柱后路内固定用。	该产品由连接杆、椎弓根钉、螺塞、横连接器、骨钩、连接头和钢板组成。其中连接杆是由符合YY 0605.12的钴铬钼合金材料制成;万向类、单平面类、双头类椎弓根钉的钉座由符合YY0605.12的钴铬钼合金材料制成（长尾单平面螺钉、长尾万向螺钉钉座除外），钉体由符合GB/T13810的钛合金	通过			第11批

3890	C03220208900002063880000002	脊柱后路内固定系统-连接头	6.0，小	SFN1Z05	国械注准20163131857	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品供骨科开放或微创手术时脊柱后路内固定用。	该产品由连接杆、椎弓根钉、螺塞、横连接器、骨钩、连接头和钢板组成。其中连接杆是由符合YY 0605.12的钴铬钼合金材料制成;万向类、单平面类、双头类椎弓根钉的钉座由符合YY0605.12的钴铬钼合金材料制成（长尾单平面螺钉、长尾万向螺钉钉座除外），钉体由符合GB/T13810的钛合金	通过			第11批

3891	C03170308900002063880000001	脊柱内固定器 钉棒系统-可调连接块	小 单孔枕骨连接头	V型(RSS V型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3892	C03170308900002063880000004	脊柱内固定器 钉棒系统-可调连接块	大 双孔枕骨连接头	V型(RSS V型)-2	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3893	C03170408900002063880000254	脊柱内固定器 钉棒系统-螺钉	4.0×8	V型(RSSVI型)-2	国械注准20173130719	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3894	C03170408900002063880000260	脊柱内固定器 钉棒系统-螺钉	4.0×6	V型(RSSVI型)-2	国械注准20173130719	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3895	C03170408900002063880000270	脊柱内固定器 钉棒系统-螺钉	4.0×10	V型(RSSVI型)-2	国械注准20173130719	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3896	C03170408900002063880000271	脊柱内固定器 钉棒系统-螺钉	4.0×12	V型(RSSVI型)-2	国械注准20173130719	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3897	C03170608900000063880000009	脊柱内固定器 钉棒系统-可调连接块	小	V型（RSSV型）-2	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3898	C03210308901002063880000011	脊柱内固定器 钉棒系统-棒	3.5×240	V型(RSSVI型)-2	国械注准20173130719	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3899	C03210308901002063880000012	脊柱内固定器 钉棒系统-棒	3.5×80	V型(RSSVI型)-2	国械注准20173130719	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3900	C0321050890000406388000003	脊柱内固定器 钉棒系统-可调连接块	小	V型(RSS V型)-2	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3901	C03210508900004063880000031	脊柱内固定器 钉棒系统-可调连接块	小	V型(RSSVI型)-2	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3902	C03210508900012063880000001	脊柱内固定器钉棒系统-连接块	小	V型(RSSVI型)-2	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3903	C03250308902002063880000013	脊柱内固定器 钉棒系统 骨钩	5.5X19	V型(RSS I型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3904	C03250308902002063880000014	脊柱内固定器 钉棒系统 骨钩	5.5X21	V型(RSS I型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3905	C03250308902002063880000015	脊柱内固定器 钉棒系统 骨钩	5.5X20	V型(RSS I型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3906	C03250308902002063880000016	脊柱内固定器 钉棒系统 骨钩	5.5X22	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3907	C03250908900002063880000010	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	24	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3908	C03250908900002063880000011	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	21	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3909	C03250908900002063880000012	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	10	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3910	C03250908900002063880000013	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	19	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3911	C03250908900002063880000014	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	18	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3912	C03250908900002063880000015	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	20	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3913	C03250908900002063880000016	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	11	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3914	C03250908900002063880000017	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	23	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3915	C03250908900002063880000018	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	22	V型(RSS III型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3916	C03251408900004063880000069	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	11	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3917	C03251408900004063880000070	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	18	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3918	C03251408900004063880000071	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	23	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3919	C03251408900004063880000072	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	21	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3920	C03251408900004063880000073	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	20	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3921	C03251408900004063880000074	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	10	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3922	C03251408900004063880000075	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	22	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3923	C03251408900004063880000076	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	19	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3924	C03251408900004063880000077	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	24	V型(RSS Ⅰ型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3925	C03270308902002063880000022	脊柱内固定器 钉棒系统-骨钩	4.5x27	V型(RSS VI型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3926	C03270308902002063880000023	脊柱内固定器 钉棒系统-骨钩	4.5X19	V型(RSS VI型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3927	C03270308902002063880000024	脊柱内固定器 钉棒系统-骨钩	4.5X17	V型(RSS VI型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3928	C03270308902002063880000025	脊柱内固定器 钉棒系统-骨钩	4.5x30	V型(RSS VI型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3929	C03270308902002063880000026	脊柱内固定器 钉棒系统-骨钩	4.5x21	V型(RSS VI型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3930	C03270308902002063880000027	脊柱内固定器 钉棒系统-骨钩	4.5x24	V型(RSS VI型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3931	C03270308902002063880000028	脊柱内固定器 钉棒系统-骨钩	4.5X18	V型(RSS VI型)	国械注准20173130719	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3932	C03271023800001063880000007	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	30；（轴型棒连接头，3.5mm-5.5mm）	V型(RSSVI型)	国械注准20173130719	丙类	238-连接器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3933	C03271023800001063880000011	脊柱内固定器 钉棒系统-侧向连接块	30；（多米诺型棒连接头，3.5mm-5.5mm ）	V型(RSS VI型)	国械注准20173130719	丙类	238-连接器类	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱后路内固定。	该产品由椎弓根钉（根据钉尾和钉座的调节特点可分为固定型、多轴型、单平面型；根据螺钉结构特点可分为实心型和空心型）、骨钩、棒、连接杆、角度杆、横连器、螺塞、螺母、角度块、连接座、连接块、连接头组成。由符合GB/T 13810标准规定的TC4、TC4ELI钛合金和纯钛TA3材	通过			第11批

3934	C02061600114000216170000001	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0625-0880	TD-0625-0880	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3935	C02061600114000216170000002	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0605-10115	TD-0605-10115	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3936	C02061600114000216170000003	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2615-1280	TD-2615-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3937	C02061600114000216170000004	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1115-1080	TD-1115-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3938	C02061600114000216170000005	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1705-10115	TD-1705-10115	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3939	C02061600114000216170000006	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0625-1080	TD-0625-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3940	C02061600114000216170000007	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1120-1280	TD-1120-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3941	C02061600114000216170000008	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1120-1080	TD-1120-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3942	C02061600114000216170000009	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2605-12115	TD-2605-12115	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3943	C02061600114000216170000010	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1705-12115	TD-1705-12115	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3944	C02061600114000216170000011	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2625-1080	TD-2625-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3945	C02061600114000216170000012	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0615-0880	TD-0615-0880	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3946	C02061600114000216170000013	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1710-1080	TD-1710-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3947	C02061600114000216170000014	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0620-0880	TD-0620-0880	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3948	C02061600114000216170000015	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0605-08115	TD-0605-08115	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3949	C02061600114000216170000016	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1125-1280	TD-1125-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3950	C02061600114000216170000017	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0610-0880	TD-0610-0880	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3951	C02061600114000216170000018	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2610-1280	TD-2610-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3952	C02061600114000216170000019	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0620-1080	TD-0620-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3953	C02061600114000216170000020	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1725-1080	TD-1725-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3954	C02061600114000216170000021	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1725-1280	TD-1725-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3955	C02061600114000216170000022	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1105-12115	TD-1105-12115	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3956	C02061600114000216170000023	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1720-1280	TD-1720-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3957	C02061600114000216170000024	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2610-1080	TD-2610-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3958	C02061600114000216170000025	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1720-1080	TD-1720-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3959	C02061600114000216170000026	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2620-1280	TD-2620-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3960	C02061600114000216170000027	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1125-1080	TD-1125-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3961	C02061600114000216170000028	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1110-1280	TD-1110-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3962	C02061600114000216170000029	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2605-10115	TD-2605-10115	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3963	C02061600114000216170000030	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0615-1080	TD-0615-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3964	C02061600114000216170000031	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1715-1280	TD-1715-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3965	C02061600114000216170000032	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1110-1080	TD-1110-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3966	C02061600114000216170000033	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2620-1080	TD-2620-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3967	C02061600114000216170000034	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1715-1080	TD-1715-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3968	C02061600114000216170000035	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2625-1280	TD-2625-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3969	C02061600114000216170000036	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-0610-1080	TD-0610-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3970	C02061600114000216170000037	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1105-10115	TD-1105-10115	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3971	C02061600114000216170000038	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1710-1280	TD-1710-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3972	C02061600114000216170000039	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-1115-1280	TD-1115-1280	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3973	C02061600114000216170000040	外周静脉取栓支架系统-外周静脉取栓支架	TD-2615-1080	TD-2615-1080	国械注准20243032574	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由外周静脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成。外周静脉取栓支架由取栓支架、输送鞘、推送管及内管组成。血栓抽吸导管由抽吸鞘、抽吸器、充盈器及抽吸管组成。其中，抽吸鞘由抽吸鞘管及衬芯组成。环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	通过			第11批

3974	C02062701500002216170000003	一次性使用无菌导管鞘组	CV-1665	14F-20F(15cm-65cm)	沪械注准20232030306	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管，以便于为腔内介入器械提供导入通路。	产品由导管鞘和扩张器组成。其中导管鞘由鞘管、止血阀、冲洗管、充盈管和充盈器组成。鞘管远端具有标识头端位置的显影环，表面涂覆有PVP 亲水涂层。扩张器由衬芯管和衬芯座组成。鞘管由Pebax 制成，止血阀由TPU、ePTFE、PC、ABS、硅胶制成，衬芯管由LDPE 制成，衬芯座由 PC、	通过			第11批

3975	C02062701500002216170000007	一次性使用无菌导管鞘组	CV-2455	22F-26F(15cm-65cm)	沪械注准20232030306	甲类	015-鞘管类	是-重庆	中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管，以便于为腔内介入器械提供导入通路。	产品由导管鞘和扩张器组成。其中导管鞘由鞘管、止血阀、冲洗管、充盈管和充盈器组成。鞘管远端具有标识头端位置的显影环，表面涂覆有PVP 亲水涂层。扩张器由衬芯管和衬芯座组成。鞘管由Pebax 制成，止血阀由TPU、ePTFE、PC、ABS、硅胶制成，衬芯管由LDPE 制成，衬芯座由 PC、	通过			第11批

3976	C14080802200001101480000001	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2723CD09090	WS-2723CD09090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3977	C14080802200001101480000002	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2727CD12090	WS-2727CD12090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3978	C14080802200001101480000006	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2727CD16090	WS-2727CD16090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3979	C14080802200001101480000007	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2716CD16135	WS-2716CD16135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3980	C14080802200001101480000008	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2716CD09135	WS-2716CD09135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3981	C14080802200001101480000009	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2727CD16135	WS-2727CD16135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3982	C14080802200001101480000010	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2723CD16090	WS-2723CD16090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3983	C14080802200001101480000011	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2727CD09090	WS-2727CD09090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3984	C14080802200001101480000012	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2716CD12135	WS-2716CD12135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3985	C14080802200001101480000013	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2716CD16090	WS-2716CD16090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3986	C14080802200001101480000014	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2719CD12135	WS-2719CD12135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3987	C14080802200001101480000015	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2723CD16135	WS-2723CD16135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3988	C14080802200001101480000016	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2719CD16135	WS-2719CD16135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3989	C14080802200001101480000017	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2723CD09135	WS-2723CD09135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3990	C14080802200001101480000018	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2716CD09090	WS-2716CD09090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3991	C14080802200001101480000019	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2723CD12090	WS-2723CD12090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3992	C14080802200001101480000020	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2727CD12135	WS-2727CD12135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3993	C14080802200001101480000021	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2719CD09090	WS-2719CD09090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3994	C14080802200001101480000022	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2727CD09135	WS-2727CD09135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3995	C14080802200001101480000023	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2716CD12090	WS-2716CD12090	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批

3996	C14080802200001101480000024	可旋转重复开闭夹子装置	WS-2723CD12135	WS-2723CD12135	国械注准20223021676	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	本产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹部。夹部用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	该产品主要由夹部和输送部组成，其中夹部由夹臂、夹管、挡销、连接销和卡簧组成，输送部由连接片、连接管、不锈钢丝、涨形件、夹座、释放弹簧、外环、内环、端帽、外鞘弹簧管、弹簧管座、钳柄、盖板、驱动管、拉头、钳环和包塑管组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架	通过			第11批
3997	C01023903300003101480000002	一次性使用高频黏膜切开刀	WS-2717EK12	WS-2717EK12	国械注准20243011707	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	本产品适用于与软性内镜和高频手术设备配套使用，用于在消化道内利用高频电流对黏膜组织进行切开。	本产品由头端部、插入部和操作部组成。	通过			第11批

3998	C0102390330000310148000000 3	一次性使用高频黏膜切开刀	WS-2717EK13	WS-2717EK13	国械注准20243011707	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	本产品适用于与软性内镜和高频手术设备配套使用，用于在消化道内利用高频电流对黏膜组织进行切开。	本产品由头端部、插入部和操作部组成。	通过			第11批
3999	C0102390330000310148000000 4	一次性使用高频黏膜切开刀	WS-2717EK14	WS-2717EK14	国械注准20243011707	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	本产品适用于与软性内镜和高频手术设备配套使用，用于在消化道内利用高频电流对黏膜组织进行切开。	本产品由头端部、插入部和操作部组成。	通过			第11批

4000	C0102390330000310148000007	一次性使用高频黏膜切开刀	WS-2720EK13	WS-2720EK13	国械注准20243011707	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒辅巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	本产品适用于与软性内镜和高频手术设备配套使用，用于在消化道内利用高频电流对黏膜组织进行切开。	本产品由头端部、插入部和操作部组成。	通过			第11批
4001	C0102390330000310148000011	一次性使用高频黏膜切开刀	WS-2723EK13	WS-2723EK13	国械注准20243011707	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒辅巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	本产品适用于与软性内镜和高频手术设备配套使用，用于在消化道内利用高频电流对黏膜组织进行切开。	本产品由头端部、插入部和操作部组成。	通过			第11批

4002	C01023903300003101480000012	一次性使用高频黏膜切开刀	WS-2723EK14	WS-2723EK14	国械注准20243011707	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	本产品适用于与软性内镜和高频手术设备配套使用，用于在消化道内利用高频电流对黏膜组织进行切开。	本产品由头端部、插入部和操作部组成。	通过			第11批
4003	C01021701901001101480000001	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB4-15G	WS-SEB4-15G	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批

4004	C01021701901001101480000002	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB4-20G	WS-SEB4-20G	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批
4005	C01021701901001101480000003	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB4-25G	WS-SEB4-25G	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批

4006	C01021701901001101480000004	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB6-15G	WS-SEB6-15G	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批
4007	C01021701901001101480000005	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB6-20G	WS-SEB6-20G	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批

4008	C01021701901001101480000006	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB6-25G	WS-SEB6-25G	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批
4009	C01021701901002101480000001	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB4-15R	WS-SEB4-15R	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批

4010	C01021701901002101480000002	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB4-20R	WS-SEB4-20R	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批
4011	C01021701901002101480000003	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB4-25R	WS-SEB4-25R	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批

4012	C01021701901002101480000004	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB6-15R	WS-SEB6-15R	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批
4013	C01021701901002101480000005	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB6-20R	WS-SEB6-20R	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批

4014	C01021701901002101480000006	一次性使用内窥镜取石篮	WS-SEB6-25R	WS-SEB6-25R	沪械注准20242020030	丙类	019-网篮类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	取石网篮	产品与消化内窥镜配合使用，在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	产品由操作手柄、鞘管和网篮组成，网篮头端帽采用022Cr18Ni14Mo3（SUS317）材料制成，网篮钢丝采用06Cr19Ni10（SUS304）材料制成，鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）材料制成	通过			第11批
4015	C14010418100001108480000009	γcu含吲哚美辛记忆合金宫内节育器	28mm	安舒型	国械注准20173184158	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品用于放置妇女宫内作避孕用。	节育器分为安舒型和安馨型，均由06Cr19Ni10不锈钢丝、纯度不低于99.99%的高导无氧铜丝、NiTi合金丝以及吲哚美辛硅橡胶制成。放置器分为安舒型和安馨型，安舒型放置器套管、推杆(内芯)和定位块原材料均是聚丙烯。安馨型放置器捏头、套管、推杆(内芯)和定位块原材料均是聚丙	通过			第11批

4016	C02070100400000092220000451	一次性使用造影导管	4F	JR4.0	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4017	C02070100400000092220000481	一次性使用造影导管	5F	JL4.5	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4018	C02070100400000092220000482	一次性使用造影导管	5F	JR3.5	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4019	C02070100400000092220000485	一次性使用造影导管	5F	JL5.0	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4020	C02070100400000092220000493	一次性使用造影导管	6F	JL4.0	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		造影导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4021	C02070100400000092220000501	一次性使用造影导管	6F	JL4.5	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4022	C02070100400000092220000507	一次性使用造影导管	6F	JR3.5	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4023	C02070100400000092220000509	一次性使用造影导管	6F	PIG	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		造影导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4024	C02022200300001092220000016	一次性使用亲水涂层导丝	0.035’*150cm 弯型	HG353AF	国械注准20173033094	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导丝	用于引导导管插入血管并辅助其他器械进行定位操作，神经血管应用除外；长度为45cm的导丝用于Seldinger术，用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。	由芯丝、TPU包覆层以及亲水涂层组成。亲水涂层由甲基苯丙酮和聚乙烯吡咯烷酮制造，TPU包覆层由热塑性聚氨酯和钨粉制造，芯丝由镍钛合金制造。导丝护套管由聚碳酸酯和聚乙烯制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。	通过			第11批

4025	C02022200300001092220000060	一次性使用亲水涂层导丝	0.035’*180cm 弯型	HG354AF	国械注准20173033094	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导丝	用于引导导管插入血管并辅助其他器械进行定位操作，神经血管应用除外；长度为45cm的导丝用于Seldinger术，用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。	由芯丝、TPU包覆层以及亲水涂层组成。亲水涂层由甲基苯丙酮和聚乙烯吡咯烷酮制造，TPU包覆层由热塑性聚氨酯和钨粉制造，芯丝由镍钛合金制造。导丝护套管由聚碳酸酯和聚乙烯制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。	通过			第11批

4026	C02063700301010092220000038	一次性使用亲水涂层导丝	HG145SF	HG145SF	国械注准20173033094	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导丝	用于引导导管插入血管并辅助其他器械进行定位操作，神经血管应用除外；长度为45cm的导丝用于Seldinger术，用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。	由芯丝、TPU包覆层以及亲水涂层组成。亲水涂层由甲基苯丙酮和聚乙烯吡咯烷酮制造，TPU包覆层由热塑性聚氨酯和钨粉制造，芯丝由镍钛合金制造。导丝护套管由聚碳酸酯和聚乙烯制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。	通过			第11批

4027	C02063700301011092220000006	一次性使用亲水涂层导丝	HG188AF	HG188AF	国械注准20173033094	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导丝	用于引导导管插入血管并辅助其他器械进行定位操作，神经血管应用除外；长度为45cm的导丝用于Seldinger术，用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。	由芯丝、TPU包覆层以及亲水涂层组成。亲水涂层由甲基苯丙酮和聚乙烯吡咯烷酮制造，TPU包覆层由热塑性聚氨酯和钨粉制造，芯丝由镍钛合金制造。导丝护套管由聚碳酸酯和聚乙烯制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。	通过			第11批

4028	C02063700301011092220000009	一次性使用亲水涂层导丝	HG188JF	HG188JF	国械注准20173033094	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导丝	用于引导导管插入血管并辅助其他器械进行定位操作，神经血管应用除外；长度为45cm的导丝用于Seldinger术，用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。	由芯丝、TPU包覆层以及亲水涂层组成。亲水涂层由甲基苯丙酮和聚乙烯吡咯烷酮制造，TPU包覆层由热塑性聚氨酯和钨粉制造，芯丝由镍钛合金制造。导丝护套管由聚碳酸酯和聚乙烯制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。	通过			第11批

4029	C02063700301012092220000028	一次性使用亲水涂层导丝	HG184AF	HG184AF	国械注准20173033094	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导丝	用于引导导管插入血管并辅助其他器械进行定位操作，神经血管应用除外；长度为45cm的导丝用于Seldinger术，用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。	由芯丝、TPU包覆层以及亲水涂层组成。亲水涂层由甲基苯丙酮和聚乙烯吡咯烷酮制造，TPU包覆层由热塑性聚氨酯和钨粉制造，芯丝由镍钛合金制造。导丝护套管由聚碳酸酯和聚乙烯制造。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品有效期3年。	通过			第11批

4030	C02070100400006092220000014	多环测量灌注导管	FC05514	FC05514	国械注准20213030436	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于介入手术中，将诊断介质（造影剂）或治疗溶 剂（溶栓溶液）递送至血管内，神经血管应用除外。	产品由导管座、导管护套、导管塑形护套、管体、显影环 等组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4031	C02070100400006092220000022	多环测量灌注导管	FC04506	FC04506	国械注准20213030436	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于介入手术中，将诊断介质（造影剂）或治疗溶 剂（溶栓溶液）递送至血管内，神经血管应用除外。	产品由导管座、导管护套、导管塑形护套、管体、显影环 等组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4032	C02070100400006092220000045	多环测量灌注导管	FC04514	FC04514	国械注准20213030436	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于介入手术中，将诊断介质（造影剂）或治疗溶 剂（溶栓溶液）递送至血管内，神经血管应用除外。	产品由导管座、导管护套、导管塑形护套、管体、显影环 等组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4033	C14171101000000176460000001	一次性使用密闭式吸痰导管	4.0mm(12Fr)	长效型	浙械注准20232082026	甲类	010-管路类	否			是	ACBJ0005	呼吸机吸痰护理	评估患者病情、意识状态及呼吸道分泌物情况等，核对患者信息，做好解释取得配合，连接吸引器调整负压，取适当体位，遵医嘱滴入化痰药，观察患者生命体征，呼吸机消警，给纯氧2分钟，戴无菌手套，检查连接好的无菌吸痰管通畅，打开气道，按无菌操作原则将吸痰管插入气	一次性吸痰管	一次性吸痰管	供临床封闭式吸痰用，用于吸取、排除病人气道内痰液。	产品可分为标准型、长效型；标准型主要由旋转接头A、头部主体、旋转膜、吸痰管、单向阀B、接管接头、透明接头、尾部开关上盖、尾部开关下盖、尾部开关内柱、弹簧B、尾部开关主体、吸引口帽及分离卡组成；向阀A、头部穿管接头、锁模扣、PU薄膜、吸痰管、单向阀B、接管接头、透明接	通过			第11批
4034	C14161100400000049830001539	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度117cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一	通过			第11批

4035	C14161100400000049830001597	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度151cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一	通过			第11批
4036	C14161100400000049830001613	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度159cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一	通过			第11批

4037	C14161100400000049830001615	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度158cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批
4038	C14161100400000049830001645	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度156cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批

4039	C14161100400000049830001661	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度155cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批
4040	C14161100400000049830001703	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度118cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批

4041	C14161100400000049830001704	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度152cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批
4042	C14161100400000049830001706	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度113cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批

4043	C14161100400000049830001734	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度153cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批
4044	C14161100400000049830001759	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度111cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批

4045	C14161100400000049830001768	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度110cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批
4046	C14161100400000049830001772	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度112cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批

4047	C14161100400000049830001788	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度147cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批
4048	C14161100400000049830001807	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度115cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批

4049	C14161100400000049830001844	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度119cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批
4050	C14161100400000049830001890	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度116cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批

4051	C14161100400000049830001893	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度154cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批
4052	C14161100400000049830001900	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度157cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用	通过			第11批

4053	C14161100400000049830001903	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度148cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一	通过			第11批
4054	C14161100400000049830001926	一次性使用有创压力传感器	PT-01(灌注器长度114cm)	PT-01	国械注准20173070086	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。	该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一	通过			第11批

4055	C02063400400000122430000001	一次性使用外周血管内超声诊断导管	08-6F30-01	08-6F30-01	国械注准20253061309	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	产品在医疗机构中使用，与本公司生产的血管内超声诊断仪（型号：VH-40、VH-60，主机软件发布版本号：2）配合使用，用于外周血管（颈动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉）内超声成像检查。	本产品为快速交换型导管，由血管内超声诊断导管和配套附件组成。其中血管内超声诊断导管由外鞘管和成像信号传输组件构成，附件包括延长管、注射器（3ml和10ml）、三通阀，导管表面涂覆有亲水涂层。	通过			第11批

4056	C02063400400000122430000002	一次性使用外周血管内超声诊断导管	08-6F30-02	08-6F30-02	国械注准20253061309	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行	导管	产品在医疗机构中使用，与本公司生产的血管内超声诊断仪（型号：VH-40、VH-60，主机软件发布版本号：2）配合使用，用于外周血管（颈动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉）内超声成像检查。	本产品为快速交换型导管，由血管内超声诊断导管和配套附件组成。其中血管内超声诊断导管由外鞘管和成像信号传输组件构成，附件包括延长管、注射器（3ml和10ml）、三通阀，导管表面涂覆有亲水涂层。	通过			第11批
4057	C02010706110001090580000001	临时起搏电极导管	701001	701001	国械注准20203120526	丙类	061-导线类	否			是	310702005	临时起搏器安置术		心导管、电极	电极	该产品在医疗机构中使用，用于经静脉右心室临时起搏	该产品由电极、球囊、管身、应力释放管、连接手柄、电极尾线、接头针脚、鲁尔接头、注射器、针脚护套组成。该产品为一次性使用、环氧乙烷	通过			第11批

4058	C02010706110001090580000002	临时起搏电极导管	701002	701002	国械注准20203120526	丙类	061-导线类	否			是	310702005	临时起搏器安置术		心导管、电极	电极	该产品在医疗机构中使用，用于经静脉右心室临时起搏	该产品由电极、球囊、管身、应力释放管、连接手柄、电极尾线、接头针脚、鲁尔接头、注射器、针脚护套组成。该产品为一次性使用、环氧乙烷	通过			第11批
4059	C02010706110001090580000003	临时起搏电极导管	701003	701003	国械注准20203120526	丙类	061-导线类	否			是	310702005	临时起搏器安置术		心导管、电极	电极	该产品在医疗机构中使用，用于经静脉右心室临时起搏	该产品由电极、球囊、管身、应力释放管、连接手柄、电极尾线、接头针脚、鲁尔接头、注射器、针脚护套组成。该产品为一次性使用、环氧乙烷	通过			第11批
4060	C16030321500003105690000001	一次性使用动脉采血器	1mL/支	isafeA-1抽血型	国械注准20233221533	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等	动脉血气针	动脉血气针	用于采集动脉血液样本。	一次性使用动脉采血器由贮样器(含肝素锂抗凝剂)、安全针头(含针护套)和鲁尔密封帽组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批

4061	C16030321500003105690000002	一次性使用动脉采血器	3mL/支	isafeA-3抽血型	国械注准20233221533	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等	动脉血气针	动脉血气针	用于采集动脉血液样本。	一次性使用动脉采血器由贮样器(含肝素锂抗凝剂)、安全针头(含针护套)和鲁尔密封帽组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批
4062	C12050111802003056100000128	钛涂层聚丙烯疝修补补片	花瓣65mm平片110×65mm	BMT05	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4063	C12050111802003056100000142	钛涂层聚丙烯疝修补补片	花瓣85mm平片120×75mm	BMT05	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4064	C12050111802005056100000022	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×100mm	BMT10	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4065	C12050111802005056100000025	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×95mm	BMT11	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4066	C12050111802005056100000030	钛涂层聚丙烯疝修补补片	160×105mm	BMT11	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4067	C12050111802005056100000036	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×100mm	BMT11	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4068	C12050111802005056100000039	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×95mm	BMT10	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4069	C12050111802005056100000040	钛涂层聚丙烯疝修补补片	170×120mm	BMT11	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4070	C12050111802005056100000041	钛涂层聚丙烯疝修补补片	160×105mm	BMT10	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4071	C12050111802005056100000043	钛涂层聚丙烯疝修补补片	170×120mm	BMT10	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4072	C12050211802003056100000003	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片120×80mm下片120×80mm	BMT17	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4073	C12050211802003056100000006	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片110×60mm下片120×80mm	BMT17	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4074	C12050211802003056100000008	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×95mm	BMT14	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4075	C12050211802003056100000011	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×100mm	BMT14	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4076	C12050211802003056100000013	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×95mm	BMT07	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4077	C12050211802003056100000035	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片150mm下片110×60mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4078	C12050211802003056100000038	钛涂层聚丙烯疝修补补片	160×105mm	BMT07	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4079	C12050211802003056100000040	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×95mm	BMT06	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4080	C12050211802003056100000041	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片200mm下片110×60mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4081	C12050211802003056100000047	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片110mm下片110×60mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4082	C12050211802003056100000055	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×100mm	BMT07	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4083	C12050211802003056100000058	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×95mm	BMT15	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4084	C12050211802003056100000062	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×100mm	BMT06	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4085	C12050211802003056100000066	钛涂层聚丙烯疝修补补片	160×105mm	BMT06	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4086	C12050211802003056100000069	钛涂层聚丙烯疝修补补片	170×110mm	BMT15	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4087	C12050211802003056100000071	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片120×80mm 下片140×85mm	BMT17	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4088	C12050211802003056100000076	钛涂层聚丙烯疝修补补片	170×110mm	BMT14	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4089	C12050211802003056100000078	钛涂层聚丙烯疝修补补片	170×110mm	BMT07	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4090	C12050211802003056100000081	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片110×60mm下片140×85mm	BMT17	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4091	C12050211802003056100000083	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×100mm	BMT15	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4092	C12050211802003056100000087	钛涂层聚丙烯疝修补补片	170×110mm	BMT06	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4093	C12050211802004056100000001	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×100mm	BMT03	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4094	C12050211802004056100000003	钛涂层聚丙烯疝修补补片	160×110mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4095	C12050211802004056100000009	钛涂层聚丙烯疝修补补片	130×70mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4096	C12050211802004056100000010	钛涂层聚丙烯疝修补补片	130×60mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4097	C12050211802004056100000011	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×90mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4098	C12050211802004056100000013	钛涂层聚丙烯疝修补补片	200×150mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4099	C12050211802004056100000014	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×150mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4100	C12050211802004056100000015	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×100mm	BMT03	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4101	C12050211802004056100000016	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×100mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4102	C12050211802004056100000017	钛涂层聚丙烯疝修补补片	150×90mm	BMT03	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4103	C12050211802004056100000019	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×100mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4104	C12050211802004056100000020	钛涂层聚丙烯疝修补补片	160×100mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4105	C12050211802004056100000023	钛涂层聚丙烯疝修补补片	200×300mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4106	C12050211802004056100000024	钛涂层聚丙烯疝修补补片	160×110mm	BMT03	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4107	C12050211802004056100000025	钛涂层聚丙烯疝修补补片	250×355mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4108	C12050211802004056100000026	钛涂层聚丙烯疝修补补片	140×85mm	BMT03	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4109	C12050211802004056100000029	钛涂层聚丙烯疝修补补片	170×120mm	BMT03	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4110	C12050211802004056100000030	钛涂层聚丙烯疝修补补片	200×100mm	BMT01	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008005	腹壁切口疝修补术	包括腹白线疝或腰疝修补	补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4111	C12050411802001056100000001	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片90mm下片110×60mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008004	脐疝修补术		补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4112	C12050411802001056100000002	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片90mm下片120×80mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008004	脐疝修补术		补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4113	C12050411802001056100000003	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片100mm下片120×80mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008004	脐疝修补术		补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4114	C12050411802001056100000004	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片80mm下片110×60mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008004	脐疝修补术		补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4115	C12050411802001056100000005	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片100mm下片110×60mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008004	脐疝修补术		补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批
4116	C12050411802001056100000006	钛涂层聚丙烯疝修补补片	上片80mm下片120×80mm	BMT16	国械注准20253130584	甲类	118-修补材料类	否			是	331008004	脐疝修补术		补片	补片	该产品适用于腹腔镜下或开放手术治疗直疝、斜疝、股疝、脐疝和切口疝（包括腹腔内和腹腔外），以及腹壁组织强化和腹壁修复。	该产品由聚丙烯编织而成，表面覆盖钛涂层，钛化处理工艺为物理气相沉积法（PVD）。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第11批

4117	C02070100400000012190000112	亲水涂层血管内造影导管	AR2	25AR-2001-60-1	国械注准20243031830	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品用于血管造影术，可以将水溶性碘造影剂和药物输送到血管系统预先选定部位（神经血管除外）。	该产品普通系列由头端，桥梁段，管身，去应力管和座组成；PIG系列由远1，管身，去应力管和座组成。导管远端外表面涂覆亲水涂层，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期两年。	通过			第11批

4118	C14170800400004104950000001	一次性使用球囊子宫支架	PPB-24F	PPB-24F	粤械注准20142180153	丙类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全	球囊	球囊	用于产后出血时的子宫填塞止血。	由导管、球囊、尖端、二通旋塞、排泄口、持续注水三通组成；其中，持续注水三通由三通旋塞、单向阀公母接头、保护帽组成。	通过			第11批
4119	C14250502000002104950000005	气管切开插管套件	7.5mm	SCW-TRTP3	粤械注准20152080518	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口	气管切开套管	气管切开套管	主要用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸（但不仅限于这些用途）的患者一次性使用。	由气管切开插管、内套管、套管针、固定带、导丝、导丝导引器组成。	通过			第11批

4120	C14250502000002104950000009	气管切开插管套件	7.0mm	SCW-TRTP2	粤械注准20152080518	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口	气管切开套管	气管切开套管	主要用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的患者一次性使用。	型号 SCW-TRTP1、SCW-TRTP2、SCW-TRTP3：由气管切开插管、内套管、套管针、固定带、导丝、导丝导引器、导丝弯头护套组成	通过			第11批
4121	C14250502000002104950000011	气管切开插管套件	8.5mm	SCW-TRTP2	粤械注准20152080518	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口	气管切开套管	气管切开套管	主要用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的患者一次性使用。	型号 SCW-TRTP1、SCW-TRTP2、SCW-TRTP3：由气管切开插管、内套管、套管针、固定带、导丝、导丝导引器、导丝弯头护套组成	通过			第11批
4122	C14250502000002104950000012	气管切开插管套件	8.0mm	SCW-TRTP2	粤械注准20152080518	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口	气管切开套管	气管切开套管	主要用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的患者一次性使用。	型号 SCW-TRTP1、SCW-TRTP2、SCW-TRTP3：由气管切开插管、内套管、套管针、固定带、导丝、导丝导引器、导丝弯头护套组成	通过			第11批

4123	C14250502000002104950000015	气管切开插管套件	7.5mm	SCW-TRTP1	粤械注准20152080518	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口	气管切开套管	气管切开套管	主要用于需要进行麻醉、人工通气或其他辅助呼吸（但不仅限于这些用途）的患者一次性使用。	由气管切开插管、内套管、套管针、固定带、导丝、导丝导引器组成。	通过			第11批
4124	C01030500302001104950000026	一次性使用泌尿道用导丝	0.035in×150cm	亲水涂层型	粤械注准20182020602	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	普通型Ⅰ由保护套、软头、内芯组成，普通型Ⅱ由保护套、绕丝、内芯组成；涂层型Ⅰ由保护套、软头、内芯、涂层组成，涂层型Ⅱ由保护套、绕丝、内芯、涂层组成，其中涂层型的涂层材料为聚四氟乙烯(PTFE)；包塑层型由保护套、软头、内芯、包塑层组成；亲水涂层型由保护套、内芯	通过			第11批

4125	C14250502000001104950000047	气管切开插管	SCW-7.0-D	SCW-7.0-D	粤械注准20242080348	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口。	气管切开套管	气管切开套管	供临床急救气管节切开，建立人工气道用。	单腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀及固定翼等组成；双腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管等组成；三腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管、冲洗管	通过			第11批

4126	C14250502000001104950000048	气管切开插管	SCW-8.5-D	SCW-8.5-D	粤械注准20242080348	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口。	气管切开套管	气管切开套管	供临床急救气管节切开，建立人工气道用。	单腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀及固定翼等组成；双腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管等组成；三腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管、冲洗管	通过			第11批

4127	C14250502000001104950000051	气管切开插管	SCW-6.5-D	SCW-6.5-D	粤械注准20242080348	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口。	气管切开套管	气管切开套管	供临床急救气管节切开，建立人工气道用。	单腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀及固定翼等组成；双腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管等组成；三腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管、冲洗管	通过			第11批

4128	C14250502000001104950000055	气管切开插管	SCW-8.0-D	SCW-8.0-D	粤械注准20242080348	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口。	气管切开套管	气管切开套管	供临床急救气管节切开，建立人工气道用。	单腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀及固定翼等组成；双腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管等组成；三腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管、冲洗管	通过			第11批

4129	C14250502000001104950000057	气管切开插管	SCW-7.5-D	SCW-7.5-D	粤械注准20242080348	甲类	020-套管类	否			是	HJC50301	气管切开术	消毒铺巾，局麻，切皮，分离皮下组织及带状肌，暴露气管前壁，横形或纵形切开气管前壁，置入气管套管或麻醉导管，缝合部分切口。	气管切开套管	气管切开套管	供临床急救气管节切开，建立人工气道用。	单腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀及固定翼等组成；双腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管等组成；三腔型号由外插管、插管芯、套囊、指示球囊、充气管、充气阀、固定翼、吸痰管、冲洗管	通过			第11批
4130	C03470310900000177320000001	含镁可降解高分子骨修复材料	35mmx30mmx15mm-23.20°	楔形垫块(JC-X)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4131	C03470310900000177320000002	含镁可降解高分子骨修复材料	10mm×10mm×20mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4132	C03470310900000177320000003	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ30mmx30mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4133	C03470310900000177320000004	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ10mmx30mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4134	C03470310900000177320000005	含镁可降解高分子骨修复材料	4.0mm×4.0mm×40mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4135	C03470310900000177320000007	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ20mmx25mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4136	C03470310900000177320000008	含镁可降解高分子骨修复材料	20mm×20mm×20mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4137	C03470310900000177320000010	含镁可降解高分子骨修复材料	25mm×25mm×25mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4138	C03470310900000177320000011	含镁可降解高分子骨修复材料	30mmx25mmx8mm-14.93°	楔形垫块(JC-X)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4139	C03470310900000177320000012	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ10mmx80mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4140	C03470310900000177320000013	含镁可降解高分子骨修复材料	20mm×20mm×10mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4141	C03470310900000177320000014	含镁可降解高分子骨修复材料	35mmx30mmx10mm-15.95°	楔形垫块(JC-X)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4142	C03470310900000177320000015	含镁可降解高分子骨修复材料	30mmx25mmx20mm-33.69°	楔形垫块(JC-X)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4143	C03470310900000177320000016	含镁可降解高分子骨修复材料	15mm×15mm×10mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4144	C03470310900000177320000018	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ25mmx10mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4145	C03470310900000177320000019	含镁可降解高分子骨修复材料	5mm×5mm×5mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4146	C03470310900000177320000020	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ5mmx10mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4147	C03470310900000177320000022	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ10mmx10mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4148	C03470310900000177320000023	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ20mmx30mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4149	C03470310900000177320000024	含镁可降解高分子骨修复材料	20mm×20mm×15mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4150	C03470310900000177320000026	含镁可降解高分子骨修复材料	10mm×10mm×30mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4151	C03470310900000177320000027	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ15mmx30mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4152	C03470310900000177320000028	含镁可降解高分子骨修复材料	10mm×10mm×10mm	块状型(JC-K)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4153	C03470310900000177320000030	含镁可降解高分子骨修复材料	35mmx30mmx20mm-29.74°	楔形垫块(JC-X)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4154	C03470310900000177320000031	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ30mmx10mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批

4155	C03470310900000177320000032	含镁可降解高分子骨修复材料	Φ10mmx20mm	圆柱型(JC-Y)	国械注准20253130952	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	该产品适用于不影响骨结构稳定性的四肢骨缺损的填充和修复。	该产品由丙交酯-乙交酯共聚物（PLGA）、β-磷酸三钙（β-TCP）、金属镁（Mg）组成，采用低温增材制造技术及后处理制备而成。灭菌包装，采用辐照灭菌，灭菌有效期3年	通过			第11批
4156	C14020226600013113040000007	一次性使用湿化鼻氧管	YSB-A8-III-SC	YSB-A8-III-SC	冀械注准20202080420		266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	连接供氧装置，用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。	由鼻氧管（进氧接口、氧气软管和鼻塞）和湿化瓶（瓶体、瓶盖、导气管、吸附湿化液的湿化器）组	不通过	含湿化瓶		第11批
4157	C14171101000000039450000045	一次性使用冲吸式口护吸痰管	A型	A型	冀械注准20232080379	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	供医疗单位对临床病人进行上呼吸道口咽部吸取痰液、口腔分泌物和清洁废液。	一次性使用冲吸式口护吸痰管产品由刷头、带真空控制装置的前手柄、后手柄、冲洗管、接头组成。刷头采用硅胶材料制成，前手柄、后手柄采用K-树脂或聚氯乙烯塑料制成，冲洗管、接头采用聚氯乙烯塑料	通过			第11批

4158	C14171101000000039450000046	一次性使用冲吸式口护吸痰管	B型	B型	冀械注准20232080379	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	供医疗单位对临床病人进行上呼吸道口咽部吸取痰液、口腔分泌物和清洁废液。	一次性使用冲吸式口护吸痰管产品由刷头、带真空控制装置的前手柄、后手柄、冲洗管、接头组成。刷头采用硅胶材料制成，前手柄、后手柄采用K-树脂或聚氯乙烯塑料制成，冲洗管、接头采用聚氯乙烯塑料	通过			第11批
4159	C02050500400001036330000022	导管鞘	有效长度70cm	INC-11196-70	国械注进20232030391	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于将介入器械导入外周、冠状动脉和神经血管系统。	该产品由鞘管轴、标记带、应变消除部分及座组成，管体覆有亲水涂层。配有扩张器以及带延长管的止血阀。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4160	C020508004000010363300000014	血栓抽吸导管	INC-11814-153	INC-11814-153	国械注进20253030241	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导。该产品还可用作回收器械的管道。该产品适用于症状发作后8小时内继发于颅内大血管闭塞性疾病（颈内动脉、大脑中动脉-M1和M2节段、基底动脉和椎动脉）的急性缺血性卒中患者的血运	该产品主要由导管、标记带、应变消除部分和导管座组成，管体覆有亲水涂层。配有可剥离鞘管和止血阀。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4161	C020508004000010363300000015	血栓抽吸导管	INC-11814-160	INC-11814-160	国械注进20253030241	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导。该产品还可用作回收器械的管道。该产品适用于症状发作后8小时内继发于颅内大血管闭塞性疾病（颈内动脉、大脑中动脉-M1和M2节段、基底动脉和椎动脉）的急性缺血性卒中患者的血运	该产品主要由导管、标记带、应变消除部分和导管座组成，管体覆有亲水涂层。配有可剥离鞘管和止血阀。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4162	C020508004000010363300000016	血栓抽吸导管	INC-11814-125	INC-11814-125	国械注进20253030241	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导。该产品还可用作回收器械的管道。该产品适用于症状发作后8小时内继发于颅内大血管闭塞性疾病（颈内动脉、大脑中动脉-M1和M2节段、基底动脉和椎动脉）的急性缺血性卒中患者的血运	该产品主要由导管、标记带、应变消除部分和导管座组成，管体覆有亲水涂层。配有可剥离鞘管和止血阀。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4163	C020508004000010363300000017	血栓抽吸导管	INC-11814-146	INC-11814-146	国械注进20253030241	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导。该产品还可用作回收器械的管道。该产品适用于症状发作后8小时内继发于颅内大血管闭塞性疾病（颈内动脉、大脑中动脉-M1和M2节段、基底动脉和椎动脉）的急性缺血性卒中患者的血运	该产品主要由导管、标记带、应变消除部分和导管座组成，管体覆有亲水涂层。配有可剥离鞘管和止血阀。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期三年。	通过			第11批

4164	C14161100400000124050000001	一次性使用有创压力传感器	XH130T200	XH130T200（单通道、直通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4165	C14161100400000124050000002	一次性使用有创压力传感器	XH130R222	XH130R222（单通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4166	C14161100400000124050000003	一次性使用有创压力传感器	XH203M220	XH203M220（双通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4167	C14161100400000124050000004	一次性使用有创压力传感器	XA103T220	XA103T220（单通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4168	C14161100400000124050000005	一次性使用有创压力传感器	XA103T222	XA103T222（单通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4169	C14161100400000124050000006	一次性使用有创压力传感器	XB103T222	XB103T222（单通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4170	C14161100400000124050000007	一次性使用有创压力传感器	XH203M222	XH203M222（双通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4171	C14161100400000124050000008	一次性使用有创压力传感器	XB103T220	XB103T220（单通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4172	C14161100400000124050000009	一次性使用有创压力传感器	XH303M220	XH303M220（三通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4173	C14161100400000124050000010	一次性使用有创压力传感器	XC103T222	XC103T222（单通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4174	C14161100400000124050000011	一次性使用有创压力传感器	XH303M222	XH303M222（三通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4175	C14161100400000124050000012	一次性使用有创压力传感器	XC103T220	XC103T220（单通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4176	C14161100400000124050000013	一次性使用有创压力传感器	XD103T222	XD103T222（单通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4177	C14161100400000124050000014	一次性使用有创压力传感器	XD103T220	XD103T220（单通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4178	C14161100400000124050000015	一次性使用有创压力传感器	XE103T220	XE103T220（单通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4179	C14161100400000124050000016	一次性使用有创压力传感器	XE103T222	XE103T222（带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4180	C14161100400000124050000017	一次性使用有创压力传感器	XH403M222	XH403M222（四通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4181	C14161100400000124050000018	一次性使用有创压力传感器	XF103T220	XF103T220（单通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4182	C14161100400000124050000019	一次性使用有创压力传感器	XG103T220	XG103T220（单通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4183	C14161100400000124050000020	一次性使用有创压力传感器	XF103T222	XF103T222（单通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4184	C14161100400000124050000021	一次性使用有创压力传感器	XG103T222	XG103T222（单通道、带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4185	C14161100400000124050000022	一次性使用有创压力传感器	XH103R220	XH103R220（单通道、三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4186	C14161100400000124050000023	一次性使用有创压力传感器	XH103B220	XH103B220（三通压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4187	C14161100400000124050000024	一次性使用有创压力传感器	XH103R222	XH103R222（带采血压力管）	国械注准20243072401	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	与具有有创血压测量模块的病人监护仪配套使用，在医疗机构中用于测量患者的中心静脉压、动脉压、肺动脉压、左冠状动脉压	一次性触点式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头及鲁尔堵帽组成；一次性电缆式有创压力传感器由滴斗、流量调节器、冲洗阀、压力传感器、三通阀、电缆、压力管路、采血器、采样三通阀、鲁尔头、鲁尔	通过			第11批

4188	C17010621602000156530000041	泡沫敷料	10cm×30cm	硅酮粘胶复合型	皖械注准20222140051	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	非粘性型由聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫组成;粘性型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫和离型纸组成;硅酮粘胶型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成;硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。产品应无菌。	通过			第11批

4189	C17010621602000156530000071	泡沫敷料	15cm×15cm	硅酮粘胶型	皖械注准20222140051	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	非粘性型由聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫组成;粘性型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫和离型纸组成;硅酮粘胶型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成;硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。产品应无菌。	通过			第11批

4190	C17010621602000156530000081	泡沫敷料	7.5cm×7.5cm	硅酮粘胶复合型	皖械注准20222140051	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	非粘性型由聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫组成;粘性型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫和离型纸组成;硅酮粘胶型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成;硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。产品应无菌。	通过			第11批

4191	C17010621602000156530000099	泡沫敷料	10cm×20cm	硅酮粘胶复合型	皖械注准20222140051	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	非粘性型由聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫组成;粘性型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫和离型纸组成;硅酮粘胶型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成;硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。产品应无菌。	通过			第11批

4192	C17010621602000156530000111	泡沫敷料	10cm×25cm	硅酮粘胶复合型	皖械注准20222140051	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	非粘性型由聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫组成;粘性型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫和离型纸组成;硅酮粘胶型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成;硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。产品应无菌。	通过			第11批

4193	C17010621602000156530000121	泡沫敷料	10cm×15cm	硅酮粘胶复合型	皖械注准20222140051	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	非粘性型由聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫组成;粘性型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫和离型纸组成;硅酮粘胶型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成;硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。产品应无菌。	通过			第11批

4194	C17010621602000156530000136	泡沫敷料	5cm*5cm	硅酮粘胶复合型	皖械注准20222140051	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	非粘性型由聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫组成;粘性型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫和离型纸组成;硅酮粘胶型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成;硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。产品应无菌。	通过			第11批

4195	C17010621602000156530000151	泡沫敷料	15cm*20cm	硅酮粘胶复合型	皖械注准20222140051	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	非粘性型由聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫组成;粘性型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫和离型纸组成;硅酮粘胶型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成;硅酮粘胶复合型由带胶聚氨酯薄膜、聚氨酯泡沫、无纺布、硅凝胶、聚氨酯薄膜和离型纸组成。产品应无菌。	通过			第11批

4196	C17010621601000156530000004	聚氨酯泡沫敷料	10cm×20cm	有边型	皖械注准20222140292	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由聚氨酯薄膜胶带、聚氨酯泡沫、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型纸组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第11批

4197	C17010621601000156530000010	聚氨酯泡沫敷料	21cm×21cm	有边型	皖械注准20222140292	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由聚氨酯薄膜胶带、聚氨酯泡沫、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型纸组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第11批

4198	C17010621601000156530000021	聚氨酯泡沫敷料	21cm×21.3cm	有边型	皖械注准20222140292	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由聚氨酯薄膜胶带、聚氨酯泡沫、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型纸组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第11批

4199	C17010621601000156530000102	聚氨酯泡沫敷料	16.8cm×17.1cm	有边型	皖械注准20222140292	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由聚氨酯薄膜胶带、聚氨酯泡沫、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型纸组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第11批

4200	C17010621601000156530000110	聚氨酯泡沫敷料	10cm×25cm	有边型	皖械注准20222140292	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由聚氨酯薄膜胶带、聚氨酯泡沫、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型纸组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第11批

4201	C17010621601000156530000111	聚氨酯泡沫敷料	17.1cm×17.9cm	有边型	皖械注准20222140292	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由聚氨酯薄膜胶带、聚氨酯泡沫、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型纸组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第11批

4202	C17010621601000156530000160	聚氨酯泡沫敷料	17.5cm×17.5cm	有边型	皖械注准20222140292	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由聚氨酯薄膜胶带、聚氨酯泡沫、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型纸组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第11批

4203	C17010521603000156530000087	亲水性纤维敷料	2.5cm×45cm	普通型	皖械注准20242140157	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	普通型由羧甲基纤维素纤维无纺布敷料构成；加强型由羧甲基纤维素纤维无纺布敷料和涤纶加强线构成。产品应无菌。	通过			第11批

4204	C17010521603000156530000090	亲水性纤维敷料	5cm×5cm	加强型	皖械注准20242140157	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	普通型由羧甲基纤维素纤维无纺布敷料构成；加强型由羧甲基纤维素纤维无纺布敷料和涤纶加强线构成。产品应无菌。	通过			第11批

4205	C17010521603000156530000093	亲水性纤维敷料	5cm×5cm	普通型	皖械注准20242140157	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	普通型由羧甲基纤维素纤维无纺布敷料构成；加强型由羧甲基纤维素纤维无纺布敷料和涤纶加强线构成。产品应无菌。	通过			第11批

4206	C17010521603000156530000094	亲水性纤维敷料	10cm×10cm	加强型	皖械注准20242140157	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于体表非慢性创面的覆盖和吸收伤口渗出液。	普通型由羧甲基纤维素纤维无纺布敷料构成；加强型由羧甲基纤维素纤维无纺布敷料和涤纶加强线构成。产品应无菌。	通过			第11批

4207	C17010521601000156530000003	藻酸盐敷料	3cm×44cm	非自粘型	皖械注准20242140188	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由藻酸盐纤维制成。产品经辐照灭菌，应无菌。	通过			第11批

4208	C17010521601000156530000012	藻酸盐敷料	5cm×5cm	非自粘型	皖械注准20242140188	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由藻酸盐纤维制成。产品经辐照灭菌，应无菌。	通过			第11批

4209	C17010521601000156530000013	藻酸盐敷料	10cm×10cm	非自粘型	皖械注准20242140188	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	由藻酸盐纤维制成。产品经辐照灭菌，应无菌。	通过			第11批

4210	C14020226600013011640000105	鼻氧管	00#	可调耳挂III型	粤惠械备20190035号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞（或面罩）等组成。鼻氧管与输氧管系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌提供。	通过			第11批

4211	C14020118200000011640000129	一次性使用医用雾化器	气切面罩	普通型	粤械注准20162081600	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	供医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗时一次性使用。	普通型、增强型：由雾化杯、弯管、雾化盖、输氧管、波纹管、转换接头、弯接头、成人面罩、儿童面罩、婴儿面罩、气切面罩、T形管和口含嘴组成。大容量型：由成人面罩、儿童面罩、气切面罩、大容量型密封盖、口含器、延长管、T形管、波纹管、弯管、转换接头、输氧管、大容量型雾化	通过			第11批

4212	C14020118200000011640000130	一次性使用医用雾化器	成人口含器	普通型	粤械注准20162081600	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	供医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗时一次性使用。	普通型、增强型：由雾化杯、弯管、雾化盖、输氧管、波纹管、转换接头、弯接头、成人面罩、儿童面罩、婴儿面罩、气切面罩、T形管和口含嘴组成。大容量型：由成人面罩、儿童面罩、气切面罩、大容量型密封盖、口含器、延长管、T形管、波纹管、弯管、转换接头、输氧管、大容量型雾化	通过			第11批

4213	C14020226700014011640000009	一次性使用输氧面罩	成人面罩	文丘里型	粤械注准20192080470	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	面罩	供临床医疗单位为患者吸氧时一次性使用。	普通型由输氧管、面罩、固定带、直管连接器组成； 文丘里型由输氧管、面罩、固定带、弯管连接器、文氏管和氧浓度调节器组成； 气囊型由输氧管、面罩、固定带、直管连接器和气囊组成。 气囊型成人面罩 A由输氧管、面罩、固定带、直管连接器、气囊、鼻夹片、弯头管、盖帽、	通过			第11批

4214	C0201060530000204180000011	一次性使用心脏脉冲电场消融导管-连接电缆	PFAC1500	PFAC1500	国械注准20233012053	丙类	053-连接线类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的心脏脉冲电场消融仪（型号规格：LEAD-PFA、软件发布版本01）配合使用，用于治疗药物难治性复发性症状性阵发性房颤；与本公司生产的心脏电生理三维标测系统（型号：LEAD-MappingA、LEAD-MappingB，软件发布版本01及其他批准可以配合使用的	该产品由导管和连接电缆组成，其中导管由环形远端、环电极、末端电极、远端管体、近端管体、手柄、连接器组成。	通过			第11批

4215	C02062800400003224810000001	可调弯微导管	TW-D21125	TW-D21125	国械注准20253030117	甲类	004-导管类	是-重庆	未中选	外周血管介入类微导管、微导丝等医用耗材带量采购目录-甘肃2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品用于一般性血管内介入治疗，包括外周血管和冠脉血管，用于向血管内注射诊断性、栓塞性或治疗性材料。	该产品由导管座、转盘、导管管身、显影环、应力扩散管、亲水涂层组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

4216	C02062800400003224810000002	可调弯微导管	TW-S24125	TW-S24125	国械注准20253030117	甲类	004-导管类	是-重庆	未中选	外周血管介入类微导管、微导丝等医用耗材带量采购目录-甘肃2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品用于一般性血管内介入治疗，包括外周血管和冠脉血管，用于向血管内注射诊断性、栓塞性或治疗性材料。	该产品由导管座、转盘、导管管身、显影环、应力扩散管、亲水涂层组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

4217	C02063400400000224810000001	可调弯微导管	TW-D24125	TW-D24125	国械注准20253030117	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品用于一般性血管内介入治疗，包括外周血管和冠脉血管，用于向血管内注射诊断性、栓塞性或治疗性材料。	该产品由导管座、转盘、导管管身、显影环、应力扩散管、亲水涂层组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第11批

4218	C02030805600001045310000006	经导管主动脉瓣膜系统 -经导管生物瓣膜	CVM-VV 21mm	CVM-VV 21mm	国械注准20253131748	甲类	056-瓣膜类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4219	C02030805600001045310000007	经导管主动脉瓣膜系统 -经导管生物瓣膜	CVM-VV 31mm	CVM-VV 31mm	国械注准20253131748	甲类	056-瓣膜类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4220	C02030805600001045310000008	经导管主动脉瓣膜系统 -经导管生物瓣膜	CVM-VV 34mm	CVM-VV 34mm	国械注准20253131748	甲类	056-瓣膜类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4221	C02030805600001045310000009	经导管主动脉瓣膜系统 -经导管生物瓣膜	CVM-VV 29mm	CVM-VV 29mm	国械注准20253131748	甲类	056-瓣膜类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4222	C02030805600001045310000010	经导管主动脉瓣膜系统 -经导管生物瓣膜	CVM-VV 27mm	CVM-VV 27mm	国械注准20253131748	甲类	056-瓣膜类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4223	C02030805600001045310000013	经导管主动脉瓣膜系统 -经导管生物瓣膜	CVM-VV 25mm	CVM-VV 25mm	国械注准20253131748	甲类	056-瓣膜类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4224	C02030805600001045310000014	经导管主动脉瓣膜系统 -经导管生物瓣膜	CVM-VV 23mm	CVM-VV 23mm	国械注准20253131748	甲类	056-瓣膜类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4225	C02031805500000045310000007	经导管主动脉瓣膜系统-经导管输送系统	DS-V 21	DS-V 21	国械注准20253131748	丙类	055-输送系统类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4226	C02031805500000045310000008	经导管主动脉瓣膜系统-经导管输送系统	DS-V 18	DS-V 18	国械注准20253131748	丙类	055-输送系统类	否			是	320400004	经导管主动脉瓣置换术（TAVI）	全麻，通过外周动脉（股动脉、颈动脉、锁骨下动脉）、升主动脉或心尖等途径，置入主动脉瓣球囊扩张导管，在临时快速起搏辅助下，扩张主动脉瓣，再沿导丝将预装好的介入人工生物心脏瓣膜输送到主动脉根部，在主动脉根部造影及经食道超声心动图的引导下释放介入人工生物心	介入人工生物心脏瓣膜	介入人工生物心脏瓣膜	该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、重度主动脉瓣膜关闭不全（重度主动脉瓣反流）、或同时合并主动脉瓣狭窄，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄大于等于70岁的患者。	经导管主动脉瓣膜系统由经导管生物瓣膜和经导管输送系统组成。经导管生物瓣膜由牛心包瓣叶、金属部件（定位件及支架）、布片和缝合线组成。其中金属部件为镍钛形状记忆合金，布片为聚酯，缝合线为聚乙烯编织线。经导管输送系统由经导管输送器、经导管瓣膜装载件和经导管装载	通过			第11批

4227	C03480311301003168880000001	一次性使用无菌刨削刀头	5.5mm C型圆柱形刨削磨头	MS-4145C	苏械注准20222042163		113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌磨钻头	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	一次性使用无菌刨削刀头由内刀和外刀构成，内刀和外刀主要由刀头、刀杆和接口三部分组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	不通过	一次性使用无菌刨削刀头应对医疗服务项目除外内容一次性无菌关节刨刀。		第11批
4228	C03480311301003168880000003	一次性使用无菌刨削刀头	5.5mm B型圆柱形刨削磨头	MS-4145B	苏械注准20222042163	甲类	113-磨头类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	一次性使用无菌刨削刀头由内刀和外刀构成，内刀和外刀主要由刀头、刀杆和接口三部分组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4229	C04081612300000001060000001	植入式给药装置	3363628	3363628	国械注准20233141675	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置	该产品是一种给药途径，适用于脊柱内的给药	该产品由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）、导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、钝针、导管固定锚、肝	通过			第11批

4230	C04081612300000001060000002	植入式给药装置	3363630	3363630	国械注准20233141675	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置	该产品是一种给药途径，适用于脊柱内的给药	该产品由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）、导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、钝针、导管固定锚、肝	通过			第11批

4231	C040816123000000010600000003	植入式给药装置	3363330	3363330	国械注准20233141675	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置	该产品是一种给药途径，适用于脊柱内的给药	该产品由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）、导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、钝针、导管固定锚、肝	通过			第11批

4232	C04081612300000001060000004	植入式给药装置	3363328	3363328	国械注准20233141675	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置	该产品是一种给药途径，适用于脊柱内的给药	该产品由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）、导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、钝针、导管固定锚、肝	通过			第11批

4233	C14171503500000219620000009	一次性使用硅胶负压引流装置	导引针：3.2mm、4.0mm、4.8mm、5.0mm、5.3mm、6.0mm、6.3mm、6.7mm、7.3mm、8.0mm,引流管：3.3mm(Fr10)、4.0mm(Fr12)、4.7mm(Fr14)、5.0mm(Fr15)、5.3mm(Fr16)、6.0mm(Fr18)、6.3mm(Fr19)、6.7mm(Fr20)、7.3mm(Fr22)、8.0mm(Fr24),引流	Y型、S型、B型	苏械注准20252140509	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于体表创伤或者手术中或手术后引流。	一次性使用硅胶负压引流装置由引流管、导引针组件、引流球组件（选配）、引流袋组件（选配）组成 组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4234	C14171503500000219620000018	一次性使用硅胶负压引流装置	导引针：3.2mm、4.0mm、4.8mm、5.0mm、5.3mm、6.0mm、6.3mm、6.7mm、7.3mm、8.0mm,引流管：3.3mm(Fr10)、4.0mm(Fr12)、4.7mm(Fr14)、5.0mm(Fr15)、5.3mm(Fr16)、6.0mm(Fr18)、6.3mm(Fr19)、6.7mm(Fr20)、7.3mm(Fr22)、8.0mm(Fr24),引流	Y型、S型、B型	苏械注准20252140509	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于体表创伤或者手术中或手术后引流。	一次性使用硅胶负压引流装置由引流管、导引针组件、引流球组件（选配）、引流袋组件（选配）组成 组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4235	C14171503500000219620000019	一次性使用硅胶负压引流装置	导引针：3.2mm、4.0mm、4.8mm、5.0mm、5.3mm、6.0mm、6.3mm、6.7mm、7.3mm、8.0mm,引流管：3.3mm(Fr10)、4.0mm(Fr12)、4.7mm(Fr14)、5.0mm(Fr15)、5.3mm(Fr16)、6.0mm(Fr18)、6.3mm(Fr19)、6.7mm(Fr20)、7.3mm(Fr22)、8.0mm(Fr24),引流	Y型、S型、B型	苏械注准20252140509	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于体表创伤或者手术中或手术后引流。	一次性使用硅胶负压引流装置由引流管、导引针组件、引流球组件（选配）、引流袋组件（选配）组成 组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4236	C14171503500000219620000026	一次性使用硅胶负压引流装置	导引针：3.2mm、4.0mm、4.8mm、5.0mm、5.3mm、6.0mm、6.3mm、6.7mm、7.3mm、8.0mm,引流管：3.3mm(Fr10)、4.0mm(Fr12)、4.7mm(Fr14)、5.0mm(Fr15)、5.3mm(Fr16)、6.0mm(Fr18)、6.3mm(Fr19)、6.7mm(Fr20)、7.3mm(Fr22)、8.0mm(Fr24),引流	Y型、S型、B型	苏械注准20252140509	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于体表创伤或者手术中或手术后引流。	一次性使用硅胶负压引流装置由引流管、导引针组件、引流球组件（选配）、引流袋组件（选配）组成 组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4237	C01060102600004001230000199	一次性使用穿刺针	针管外径(mm)：0.6（23G）	CCZC型	苏械注准20192140268	丙类	026-穿刺器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室、骨骼）进行经皮穿刺。	一次性使用穿刺针由外针座、外针管、内针杆、内针座、保护套和浮标（如有）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4238	C01060102600004001230000268	一次性使用穿刺针	针管外径(mm)：0.6（23G），针管长度：50mm	CCZD型	苏械注准20192140268	丙类	026-穿刺器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室、骨骼）进行经皮穿刺。	一次性使用穿刺针由外针座、外针管、内针杆、内针座、保护套和浮标（如有）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4239	C01060102600004001230000292	一次性使用穿刺针	针管外径(mm)：0.6（23G），针管长度：70mm	CCZD型	苏械注准20192140268	丙类	026-穿刺器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室、骨骼）进行经皮穿刺。	一次性使用穿刺针由外针座、外针管、内针杆、内针座、保护套和浮标（如有）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4240	C01060102600004001230000351	一次性使用穿刺针	针管外径(mm)：0.7（22G），针管长度：60mm	CCZC型	苏械注准20192140268	丙类	026-穿刺器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室、骨骼）进行经皮穿刺。	一次性使用穿刺针由外针座、外针管、内针杆、内针座、保护套和浮标（如有）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第11批

4241	C01060303501002001230000005	一次性使用引流导管套件	2.67mm(8Fr)	Y型	苏械注准20192141555		035-引流装置类	否			是	331006014	经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术	包括十二指肠乳头括约肌切开术	PTCD引流管	PTCD引流管	适用于将患者积液、渗出液或气体向体外引流。	一次性使用引流导管套件由基本配置（引流导管、导管导入加硬套管、套管针、皮肤固定器、吸引管、透明敷贴、手术刀）和选用配置（扩张器、穿刺针、导丝、穿刺架、塑料加硬套管、同轴扩张器组件）组成，按照配置不同，可分为 Z 型、Y 型、KZ 型、KY 型。该产品以无菌形式提供，	不通过	与除外耗材名称不一致，一个是套件，一个是引流管		第11批

4242	C01060200700004001230000197	一次性活检针	一次性全自动活检针外针管外径（mm）：1.2(18G)，内针杆长度（mm）:100	QSC型	苏械注准20202140871	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	与超声探头配合，用于经皮穿刺，从器官和软组织中切割、提取活体组织标本（不适用于骨活检）。	一次性活检针由活检针为基本配件，穿刺架、同轴针为选用配件组成。按照其配置不同分为QLA，QLB，QLC，QLJ，QSA，QSB，QSC，QSJ 8 种型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

4243	C01060200700004001230000199	一次性活检针	一次性全自动活检针外针管外径（mm）：1.6(16G)，内针杆长度（mm）:150	QSC型	苏械注准20202140871	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	与超声探头配合，用于经皮穿刺，从器官和软组织中切割、提取活体组织标本（不适用于骨活检）。	一次性活检针由活检针为基本配件，穿刺架、同轴针为选用配件组成。按照其配置不同分为QLA，QLB，QLC，QLJ，QSA，QSB，QSC，QSJ 8 种型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

4244	C01060200700004001230000200	一次性活检针	一次性全自动活检针外针管外径（mm）：1.6(16G)，内针杆长度（mm）:100	QSC型	苏械注准20202140871	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	与超声探头配合，用于经皮穿刺，从器官和软组织中切割、提取活体组织标本（不适用于骨活检）。	一次性活检针由活检针为基本配件，穿刺架、同轴针为选用配件组成。按照其配置不同分为QLA，QLB，QLC，QLJ，QSA，QSB，QSC，QSJ 8 种型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

4245	C01060200700004001230000214	一次性活检针	一次性全自动活检针外针管外径（mm）：1.2(18G)，内针杆长度（mm）:200	QSC型	苏械注准20202140871	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	与超声探头配合，用于经皮穿刺，从器官和软组织中切割、提取活体组织标本（不适用于骨活检）。	一次性活检针由活检针为基本配件，穿刺架、同轴针为选用配件组成。按照其配置不同分为QLA，QLB，QLC，QLJ，QSA，QSB，QSC，QSJ 8 种型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

4246	C01060200700004001230000215	一次性活检针	一次性全自动活检针外针管外径（mm）：1.2(18G)，内针杆长度（mm）:150	QSC型	苏械注准20202140871	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	与超声探头配合，用于经皮穿刺，从器官和软组织中切割、提取活体组织标本（不适用于骨活检）。	一次性活检针由活检针为基本配件，穿刺架、同轴针为选用配件组成。按照其配置不同分为QLA，QLB，QLC，QLJ，QSA，QSB，QSC，QSJ 8 种型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

4247	C1425090000000211803000009 6	免充气喉罩气道导管	4.0	E1	苏械注准20212081485	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	用于插入患者食道，为患者创建一个临时性的人工呼吸气道。	免充气喉罩气道导管分为单腔型、双腔Ⅰ型，双腔Ⅱ型、多腔吸引型、可视型，内镜Ⅰ型、内镜Ⅱ型共七种型式，单腔型由接头、通气管、罩囊组成；双腔Ⅰ型、双腔Ⅱ型由接头、罩囊、通气管、引流管组成；多腔吸引型由接头、通气管、引流管、吸引管、罩囊组成；可视型由接头、通气	通过			第11批

4248	C1425090000000211803000017 1	免充气喉罩气道导管	3.0	E1	苏械注准20212081485	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	用于插入患者食道，为患者创建一个临时性的人工呼吸气道。	免充气喉罩气道导管分为单腔型、双腔Ⅰ型，双腔Ⅱ型、多腔吸引型、可视型，内镜Ⅰ型、内镜Ⅱ型共七种型式，单腔型由接头、通气管、罩囊组成；双腔Ⅰ型、双腔Ⅱ型由接头、罩囊、通气管、引流管组成；多腔吸引型由接头、通气管、引流管、吸引管、罩囊组成；可视型由接头、通气	通过			第11批

4249	C03100123200002225420000008	一次性使用关节成像导管	ZJ-C630060	ZJ-C630060	苏械注准20242060472		232-关节镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	与本公司生产的电子内窥镜图像处理装置(ZJ-D1)配合使用，通过视频监视器提供影像，用于关节部位的检查和手术中观察成像。	一次性使用关节成像导管由镜管(内置物镜、CMOS 图像传感器及光纤)、手柄(内置水阀、LED 光源及线路板)、水管(进出水管)、连接线缆和附件镜鞘(ZJ-C630060 和 ZJ-C630100规格带有附件镜鞘)组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	除外耗材是特殊穿刺针，从结构及组成未见特殊穿刺针。		第11批
4250	C09060116200000093170000024	膜式氧合器	LILLIPUT 2 ECMO	LILLIPUT 2 ECMO	国械注进20173102115	丙类	162-氧合器类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房	人工肺	产品预定用于术后呼吸支持应用中（如ECMO），在体外循环中代替肺的功能（氧气转换和二氧化碳去除）以及控制动/静脉温度。	产品由整合有热交换器的氧合模块组成。产品涂有磷酸胆碱涂层。	通过			第11批

4251	C12050111802005121260000010	疝修补补片	13cm*16.5cm（L）	HA0304	国械注准20203130575	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	适用于腹腔外修补腹股沟疝。	该产品为聚丙烯单丝网状编织物,包含平补片、圆形补片、椭圆形补片、锥体补片、立体补片、轻量平补片、轻量锥体补片和轻量立体补片。产品经环氧乙烷灭菌,货架有效期4年一次性使	通过			第11批
4252	C12050111802005121260000012	疝修补补片	13cm*16.5cm(R)	HA0308	国械注准20203130575	甲类	118-修补材料类	否			是	331008001	腹股沟疝修补术	包括各种方法修补	补片	补片	适用于腹腔外修补腹股沟疝。	该产品为聚丙烯单丝网状编织物,包含平补片、圆形补片、椭圆形补片、锥体补片、立体补片、轻量平补片、轻量锥体补片和轻量立体补片。产品经环氧乙烷灭菌,货架有效期4年一次性使	通过			第11批

4253	C16020103202004027700000073	一次性使用胰岛素笔配套用针	32G(0.23*4mm)TW(14支/盒)	32G(0.23*4mm)TW(14支/盒)	国械注准20193140938	丙类	032-注射针类	否			是	HDE48101	胰岛素皮下注射	核对医嘱及患者信息，检查注射器及药物，用无菌注射器配制药物，取适当体位，选择并确定注射部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，再次核对患者信息，将药物注入皮下组织并核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，用药后观察用药反应，做好健康教育及心理护	胰岛素注射针头	胰岛素注射针头	与注射笔配合使用向人体皮下注射药物。本产品可与下列注射笔配套使用：拜林笔、优伴笔、诺和笔、秀霖笔、东宝笔、万邦笔、联邦笔UNIPEN系列、得时笔、来得时预填充笔。	本产品由密封帖、针管、针座、外护套、内护套组成。主要原材料为聚丙烯（PP）、奥氏体不锈钢、医用透析纸、硅油。本产品采用辐照灭菌。	通过			第11批

4254	C16020103202004027700000077	一次性使用胰岛素笔配套用针	31G(0.25*5mm)TW(14支/盒)	31G(0.25*5mm)TW(14支/盒)	国械注准20193140938	丙类	032-注射针类	否			是	HDE48101	胰岛素皮下注射	核对医嘱及患者信息，检查注射器及药物，用无菌注射器配制药物，取适当体位，选择并确定注射部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，再次核对患者信息，将药物注入皮下组织并核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，用药后观察用药反应，做好健康教育及心理护	胰岛素注射针头	胰岛素注射针头	与注射笔配合使用向人体皮下注射药物。本产品可与下列注射笔配套使用：拜林笔、优伴笔、诺和笔、秀霖笔、东宝笔、万邦笔、联邦笔UNIPEN系列、得时笔、来得时预填充笔。	本产品由密封帖、针管、针座、外护套、内护套组成。主要原材料为聚丙烯（PP）、奥氏体不锈钢、医用透析纸、硅油。本产品采用辐照灭菌。	通过			第11批
4255	C14250120900000021630000006	一次性使用无菌气管插管	3.0	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4256	C14250120900000021630000065	一次性使用无菌气管插管	5.0	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批

4257	C14250120900000021630000099	一次性使用无菌气管插管	9.0	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4258	C14250120900000021630000139	一次性使用无菌气管插管	10.0	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4259	C14250120900000021630000181	一次性使用无菌气管插管	6.0	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4260	C14250120900000021630000193	一次性使用无菌气管插管	2.5	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4261	C14250120900000021630000195	一次性使用无菌气管插管	3.5	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4262	C14250120900000021630000227	一次性使用无菌气管插管	8.0	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批

4263	C14250120900000021630000247	一次性使用无菌气管插管	8.5	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4264	C14250120900000021630000300	一次性使用无菌气管插管	7.5	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4265	C14250120900000021630000347	一次性使用无菌气管插管	9.5	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4266	C14250120900000021630000407	一次性使用无菌气管插管	4.5	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4267	C14250120900000021630000482	一次性使用无菌气管插管	6.5	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4268	C14250120900000021630000490	一次性使用无菌气管插管	5.5	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批

4269	C14250120900000021630000514	一次性使用无菌气管插管	7.0	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4270	C14250120900000021630000529	一次性使用无菌气管插管	4.0	ETT-J31(加强带压力指示器标准)	津械注准20212080281		209-气管插管类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	见附件	不通过	未见附页		第11批
4271	C03300923900001239410000002	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-B-P3	RRJ-B-P3	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4272	C03300923900001239410000004	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-B-P1	RRJ-B-P1	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4273	C03300923900001239410000007	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-A-M1	RRJ-A-M1	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4274	C03300923900001239410000009	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-A-M2	RRJ-A-M2	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4275	C03300923900001239410000010	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-B-M2	RRJ-B-M2	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4276	C03300923900001239410000012	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-B-M3	RRJ-B-M3	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4277	C03300923900001239410000014	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-A-P2	RRJ-A-P2	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4278	C0330092390000123941000001 5	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-B-M1	RRJ-B-M1	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4279	C03300923900001239410000017	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-A-P1	RRJ-A-P1	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4280	C03300923900001239410000019	一次性使用纤维环缝合器	RRJ-B-P2	RRJ-B-P2	津械注准20242040302	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于单纯椎间盘突出症患者，行髓核摘除手术后的 纤维环切口缝合。	一次性使用纤维环缝合器分为A、B两种型式，型式A 由枪体、右穿刺针和推结器组成，枪体由手柄、左穿 刺针、导丝、非吸收性外科缝线组成；型式B由左穿刺针、右穿刺针和推结器组成，左穿刺针由手柄、左针、导丝、非吸收性外科缝线组成，右穿刺针由手柄、右针、导丝、非吸收性外科	通过			第11批

4281	C08010115104004093060000188	疏水非球面人工晶状体	+9.0D	AS0B55L	国械注准20233161502	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成年人白内障摘除手术后无晶状体眼的视力矫正。	”该产品为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为L型襻。主体部分及襻由甲基丙烯酸乙氧基乙酯、丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸月桂酯、2-甲基-2-丙烯酸-2,3-二羟基丙酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。该产品的光学设计为单焦、非球面。灭菌方式为环氧乙烷灭菌。货架	通过			第11批

4282	C08010115104004093060000294	疏水非球面人工晶状体	+7.0D	ASOB55L	国械注准20233161502	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	视为中选	人工晶体类带量采购项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成年人白内障摘除手术后无晶状体眼的视力矫正。	该产品为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为L型襻。主体部分及襻由甲基丙烯酸乙氧基乙酯、丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸月桂酯、2-甲基-2-丙烯酸-2,3-二羟基丙酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。该产品的光学设计为单焦、非球面。灭菌方式为环氧乙烷灭菌。货架有效期5	通过			第11批
4283	C04010411803002074790002726	聚醚醚酮颅骨内固定板	30.5×1.0mm(灭菌包装)	KEPBX01	国械注准20223131073	甲类	118-修补材料类	否			是	HVB83301	颅骨缺损修补成形术	消毒铺巾，切皮，双极止血，分离皮瓣，帽状腱膜层分离，在缺损处仔细分离将头皮和脑膜分开。用气钻或电钻暴露骨窗，显露整个颅骨缺损范围，置入颅骨修补材料，骨蜡止血。必要时放置引流装置，缝合，包扎。不含自体骨质的切取、颅	修补材料，植物止血材料、特殊缝线	修补材料	与颅骨螺钉配合使用，用于开颅术中手术形成的游离骨瓣的链接和固定。	聚醚醚酮颅骨内固定板由不同型号规格的产品组成，选用符合YY/T 0660规定的PEEK材料（等级LT1）制成。采用灭菌或非灭菌状态交付。其中灭菌状态产品采用辐照灭菌，灭菌有效期为3年。	通过			第11批

4284	C09010603400000105770000001	一次性体外循环灌注针	婴儿	DG	国械注准20153100463	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	晶体停跳液灌注管道	用于心脏直视手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液。一次性使用。	产品由针套管固定花瓣、套管、定位环（可不带）、螺旋接头、三通接头（可不带）、侧支套管（可不带）、水止（可不带）、直通接头（可不带）、钢针、针座按不同型号要求选配组成。产品经环	通过			第11批
4285	C09010603400000105770000002	一次性体外循环灌注针	成人155	DG	国械注准20153100463	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	晶体停跳液灌注管道	用于心脏直视手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液。一次性使用。	产品由针套管固定花瓣、套管、定位环（可不带）、螺旋接头、三通接头（可不带）、侧支套管（可不带）、水止（可不带）、直通接头（可不带）、钢针、针座按不同型号要求选配组成。产品经环	通过			第11批

4286	C09010603400000105770000006	一次性体外循环灌注针	成人350	DG	国械注准20153100463	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	晶体停跳液灌注管道	用于心脏直视手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液。一次性使用。	产品由针套管固定花瓣、套管、定位环（可不带）、螺旋接头、三通接头（可不带）、侧支套管（可不带）、水止（可不带）、直通接头（可不带）、钢针、针座按不同型号要求选配组成。产品经环	通过			第11批
4287	C09010603400000105770000010	一次性体外循环灌注针	成人	VG	国械注准20153100463	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	晶体停跳液灌注管道	用于心脏直视手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液。一次性使用。	产品由针套管固定花瓣、套管、定位环（可不带）、螺旋接头、三通接头（可不带）、侧支套管（可不带）、水止（可不带）、直通接头（可不带）、钢针、针座按不同型号要求选配组成。产品经环	通过			第11批

4288	C09040116100000105770000003	一次性使用心脏停跳液灌注器	B-Ⅰ-1	B-Ⅰ-1	国械注准20153101908	丙类	161-灌注装置类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	氧合血停跳液灌注管道	一次性使用心脏停跳液灌注器供体外循环心脏直视手术作心脏停跳液灌注用。	一次性使用心脏停跳液灌注器由泵管、变温器、三通旋塞、液袋、瓶塞穿刺器、滴斗、水止、流量调节器、灌注管、三通接头（可带鲁尔）、直通接头（可带鲁尔）、直通带侧孔接头、鲁尔接头组成。不同规格配置	通过			第11批
4289	C09040116100000105770000004	一次性使用心脏停跳液灌注器	B-Ⅱ-1	B-Ⅱ-1	国械注准20153101908	丙类	161-灌注装置类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	晶体停跳液灌注管道	一次性使用心脏停跳液灌注器供体外循环心脏直视手术作心脏停跳液灌注用。	一次性使用心脏停跳液灌注器由泵管、变温器、三通旋塞、液袋、瓶塞穿刺器、滴斗、水止、流量调节器、灌注管、三通接头（可带鲁尔）、直通接头（可带鲁尔）、直通带侧孔接头、鲁尔接头组成。不同规格配置	通过			第11批

4290	C09030101000000105770000010	一次性体外循环用配套血管路	9.7*1550	成人	国械注准20193101972	丙类	010-管路类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房	基本体外循环管道	产品用于心脏外科手术体外循环中的血液输送。	一次性体外循环用配套血管路由管道、接头、泵管组成。管道的材质为聚氯乙烯,接头的材质为聚碳酸酯。	通过			第11批
4291	C04071403500003105770000019	腰大池引流器	FDS1200	F4型	津械注准20232140036	丙类	035-引流装置类	否			是	330204012	脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术		分流管	分流管	用于脑积水和颅内出血患者液或血肿引流。	腰大池引流器由引流导管、导引针、滴瓶、引流袋、水止、引流管路、流量调节器、鲁尔接头、三通旋塞、蝶形夹、连接件及护套、圆锥接头、空气过滤器、配药用注射器、孔巾、棉球、敷贴、医用纱布块、橡	通过			第11批

4292	C02050500400001038460000007	输送导管	LS6-80S	LS6-80S	国械注准20253030245	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于介入性器械的导入，协助介入性器械进入外周和颅内血管系统。	该产品由输送导管和扩张器、止血阀2个配件组成。其中输送导管由导管主体和座（连接件）组成，导管远端带有一个不透射线标记。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为24个月。	通过			第11批

4293	C02050500400001038460000008	输送导管	LS6-80A	LS6-80A	国械注准20253030245	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于介入性器械的导入，协助介入性器械进入外周和颅内血管系统。	该产品由输送导管和扩张器、止血阀2个配件组成。其中输送导管由导管主体和座（连接件）组成，导管远端带有一个不透射线标记。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为24个月。	通过			第11批

4294	C02050500400001038460000009	输送导管	LS6-90A	LS6-90A	国械注准20253030245	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于介入性器械的导入，协助介入性器械进入外周和颅内血管系统。	该产品由输送导管和扩张器、止血阀2个配件组成。其中输送导管由导管主体和座（连接件）组成，导管远端带有一个不透射线标记。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为24个月。	通过			第11批

4295	C02050500400001038460000010	输送导管	LS6-90S	LS6-90S	国械注准20253030245	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于介入性器械的导入，协助介入性器械进入外周和颅内血管系统。	该产品由输送导管和扩张器、止血阀2个配件组成。其中输送导管由导管主体和座（连接件）组成，导管远端带有一个不透射线标记。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为24个月。	通过			第11批

4296	C02050500400001038460000011	输送导管	LS6-70S	LS6-70S	国械注准20253030245	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于介入性器械的导入，协助介入性器械进入外周和颅内血管系统。	该产品由输送导管和扩张器、止血阀2个配件组成。其中输送导管由导管主体和座（连接件）组成，导管远端带有一个不透射线标记。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为24个月。	通过			第11批

4297	C02050500400001038460000012	输送导管	LS6-70A	LS6-70A	国械注准20253030245	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于介入性器械的导入，协助介入性器械进入外周和颅内血管系统。	该产品由输送导管和扩张器、止血阀2个配件组成。其中输送导管由导管主体和座（连接件）组成，导管远端带有一个不透射线标记。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期为24个月。	通过			第11批

4298	C02070300401007056170000001	经外周中心静脉导管	Nutriline 1252.030	Nutriline 1252.030	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4299	C02070300401007056170000002	经外周中心静脉导管	Nutriline 1252.35	Nutriline 1252.35	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4300	C02070300401007056170000003	经外周中心静脉导管	Lifecath CT PICC Easy V021292215	Lifecath CT PICC Easy V021292215	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4301	C02070300401007056170000005	经外周中心静脉导管	Premicath1261.080	Premicath1261.080	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4302	C02070300401007056170000006	经外周中心静脉导管	Premicath1261.203	Premicath1261.203	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4303	C02070300401007056170000007	经外周中心静脉导管	Nutriline 1252.150	Nutriline 1252.150	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4304	C02070300401007056170000008	经外周中心静脉导管	Nutriline twinflo 1252.235	Nutriline twinflo 1252.235	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、 Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4305	C02070300401007056170000009	经外周中心静脉导管	Premicath 1261.22	Premicath 1261.22	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4306	C02070300401007056170000010	经外周中心静脉导管	Nutriline 1252.15	Nutriline 1252.15	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、 Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4307	C02070300401007056170000011	经外周中心静脉导管	Nutriline twinflo 1252.232	Nutriline twinflo 1252.232	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、 Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4308	C02070300401007056170000012	经外周中心静脉导管	Nutriline 1254.30	Nutriline 1254.30	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4309	C02070300401007056170000013	经外周中心静脉导管	Premicath1261.201	Premicath1261.201	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、 Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4310	C02070300401007056170000014	经外周中心静脉导管	Premicath1261.21	Premicath1261.21	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4311	C02070300401007056170000015	经外周中心静脉导管	Nutriline twinflo 1252.225	Nutriline twinflo 1252.225	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、 Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4312	C02070300401007056170000016	经外周中心静脉导管	Premicath1261.206	Premicath1261.206	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4313	C02070300401007056170000017	经外周中心静脉导管	Premicath 1261.310	Premicath 1261.310	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4314	C02070300401007056170000018	经外周中心静脉导管	Premicath1261.306	Premicath1261.306	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4315	C02070300401007056170000020	经外周中心静脉导管	Premicath 1261.210	Premicath 1261.210	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4316	C02070300401007056170000021	经外周中心静脉导管	Lifecath CT PICC Easy V021292213	Lifecath CT PICC Easy V021292213	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4317	C02070300401007056170000022	经外周中心静脉导管	Premicath1261.208	Premicath1261.208	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4318	C02070300401007056170000023	经外周中心静脉导管	Lifecath CT PICC Easy V021292214	Lifecath CT PICC Easy V021292214	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4319	C02070300401007056170000024	经外周中心静脉导管	Nutriline 1252.30	Nutriline 1252.30	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、 Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批

4320	C02070300401007056170000025	经外周中心静脉导管	Nutriline twinflo 1252.230	Nutriline twinflo 1252.230	国械注进20253030186	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品适用于短期（短于30天）或长期（超过30天）外周置入中心静脉系统，进行静脉输注，Lifecath CT PICC Easy系列还可用于抽取血液和高压造影剂动力注射。其中，Premicath和Nutriline系列适用于新生儿、幼儿和儿童。	该产品由导管(单腔或双腔，带或不带支撑导丝，带或不带防护套)、导引针（可分裂导引针、Microflash可分裂导引套管针或导引针）、导引导丝、带撕裂鞘的扩张器、延长管、止流夹、输液接头、手术刀、帽、注射器（带螺纹或普通）、 Grip-Lok 固定贴、测量尺组成。环氧乙烷	通过			第11批
4321	C03140108701003122850000126	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 80/15	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4322	C03140108701003122850000360	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 80/20	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4323	C03140108701003122850000600	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ3.0 80/20	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4324	C03140108701003122850000601	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ4.0 100/25	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4325	C03140108701003122850000602	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ3.0 60/15	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4326	C03140108701003122850000603	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ3.0 80/15	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4327	C03140108701003122850000604	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ3.0 70/15	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4328	C03140108701003122850000605	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ2.5 100/15	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4329	C03140108701003122850000606	金属骨针（不锈钢）	HA4.0/Φ5.0 120/30	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4330	C03140108701003122850000607	金属骨针（不锈钢）	HA4.0/Φ4.0 150/35	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4331	C03140108701003122850000608	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 80/25	自攻自钻（无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4332	C03140108701004122850001098	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 80/20	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4333	C03140108701004122850001104	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 175/30	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4334	C03140108701004122850001144	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 145/25	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4335	C03140108701004122850001156	金属骨针（不锈钢）	HA4.0/Φ4.0 115/35	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4336	C03140108701004122850001158	金属骨针（不锈钢）	HA5.0/Φ5.0 145/50	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4337	C03140108701004122850001174	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 75/15	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4338	C03140108701004122850001185	金属骨针（不锈钢）	HA3.5/Φ3.5 145/40	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4339	C03140108701004122850001192	金属骨针（不锈钢）	HA4.5/Φ4.5 145/50	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4340	C03140108701004122850001250	金属骨针（不锈钢）	HA6.0/Φ6.0 175/60	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4341	C03140108701004122850001275	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ4.0 75/20	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4342	C03140108701004122850001302	金属骨针（不锈钢）	HA6.0/Φ6.0 195/70	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4343	C03140108701004122850001368	金属骨针（不锈钢）	HA5.0/Φ5.0 175/50	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4344	C03140108701004122850001415	金属骨针（不锈钢）	HA4.0/Φ4.0 145/50	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4345	C03140108701004122850001427	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 105/25	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4346	C03140108701004122850001441	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ4.0 75/20	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4347	C03140108701004122850001447	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 80/15	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4348	C03140108701004122850006499	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ3.0 80/20	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4349	C03140108701004122850006500	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ3.0 80/15	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4350	C03140108701004122850006501	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ2.5 100/15	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4351	C03140108701004122850006502	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ4.0 100/25	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4352	C03140108701004122850006503	金属骨针（不锈钢）	HA4.0/Φ5.0 120/30	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4353	C03140108701004122850006504	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ3.0 70/15	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4354	C03140108701004122850006505	金属骨针（不锈钢）	HA3.0/Φ3.0 80/25	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4355	C03140108701004122850006506	金属骨针（不锈钢）	HA2.5/Φ3.0 60/15	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4356	C03140108701004122850006507	金属骨针（不锈钢）	HA4.0/Φ4.0 150/35	自攻自钻（非无菌）	国械注准20213130790		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4357	C03160108901001122850000022	金属骨针（不锈钢）	Φ1.0/1.0 145/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4358	C03160108901001122850000028	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0150/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4359	C03160108901001122850000069	金属骨针（不锈钢）	Φ1.2/1.2145/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4360	C03160108901001122850000080	金属骨针（不锈钢）	Φ1.0/1.0295/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4361	C03160108901001122850000094	金属骨针（不锈钢）	Φ1.0/1.0150/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4362	C03160108901001122850000112	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0350/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4363	C03160108901001122850000145	金属骨针（不锈钢）	Φ3.0/3.0250/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4364	C03160108901001122850000210	金属骨针（不锈钢）	Φ1.6/1.6150/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4365	C03160108901001122850000216	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0295/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4366	C03160108901001122850000220	金属骨针（不锈钢）	Φ1.2/1.2295/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4367	C03160108901001122850000238	金属骨针（不锈钢）	Φ2.5/2.5295/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4368	C03160108901001122850000259	金属骨针（不锈钢）	Φ3.0/3.0295/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4369	C03160108901001122850000263	金属骨针（不锈钢）	Φ4.0/4.0300/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4370	C03160108901001122850000264	金属骨针（不锈钢）	Φ1.2/1.2150/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4371	C03160108901001122850000268	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0145/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4372	C03160108901001122850000288	金属骨针（不锈钢）	Φ1.6/1.6295/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4373	C03160108901001122850000300	金属骨针（不锈钢）	Φ0.8/0.8145/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4374	C03160108901001122850000329	金属骨针（不锈钢）	Φ2.5/2.5145/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4375	C03160108901001122850000348	金属骨针（不锈钢）	Φ4.0/4.0250/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4376	C03160108901001122850000381	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0250/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4377	C03160108901001122850000449	金属骨针（不锈钢）	Φ0.8/0.8150/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4378	C03160108901001122850000451	金属骨针（不锈钢）	Φ1.6/1.6145/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4379	C03160108901001122850000461	金属骨针（不锈钢）	Φ3.0/3.0145/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4380	C03160108901001122850000483	金属骨针（不锈钢）	Φ2.5/2.5250/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4381	C03160108901001122850000549	金属骨针（不锈钢）	Φ1.6/1.6250/0灭菌	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4382	C03160108901002122850000151	金属骨针（不锈钢）	Φ0.8/0.8150/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4383	C03160108901002122850000166	金属骨针（不锈钢）	Φ2.5/2.5250/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4384	C03160108901002122850000167	金属骨针（不锈钢）	Φ1.2/1.2145/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4385	C03160108901002122850000169	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0295/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4386	C03160108901002122850000183	金属骨针（不锈钢）	Φ2.5/2.5145/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4387	C03160108901002122850000227	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0145/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4388	C03160108901002122850000239	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0 150/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4389	C03160108901002122850000249	金属骨针（不锈钢）	Φ1.4/1.4 150/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4390	C03160108901002122850000261	金属骨针（不锈钢）	Φ3.0/3.0 295/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4391	C03160108901002122850000267	金属骨针（不锈钢）	Φ1.0/1.0150/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4392	C03160108901002122850000399	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0250/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4393	C03160108901002122850000405	金属骨针（不锈钢）	Φ0.8/0.8295/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4394	C03160108901002122850000408	金属骨针（不锈钢）	Φ2.5/2.5350/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4395	C03160108901002122850000410	金属骨针（不锈钢）	Φ1.0/1.0145/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4396	C03160108901002122850000417	金属骨针（不锈钢）	Φ3.0/3.0300/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4397	C03160108901002122850000448	金属骨针（不锈钢）	Φ4.0/4.0300/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4398	C03160108901002122850000497	金属骨针（不锈钢）	Φ1.0/1.0295/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4399	C03160108901002122850000522	金属骨针（不锈钢）	Φ3.0/3.0145/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4400	C03160108901002122850000523	金属骨针（不锈钢）	Φ1.6/1.6 150/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4401	C03160108901002122850000530	金属骨针（不锈钢）	Φ0.8/0.8 145/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4402	C03160108901002122850000533	金属骨针（不锈钢）	Φ1.2/1.2 150/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4403	C03160108901002122850000553	金属骨针（不锈钢）	Φ2.5/2.5 295/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4404	C03160108901002122850000555	金属骨针（不锈钢）	Φ1.6/1.6 295/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4405	C03160108901002122850000561	金属骨针（不锈钢）	Φ1.2/1.2 295/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4406	C03160108901002122850000565	金属骨针（不锈钢）	Φ2.0/2.0350/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4407	C03160108901002122850000569	金属骨针（不锈钢）	Φ2.5/2.5300/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4408	C03160108901002122850000679	金属骨针（不锈钢）	Φ1.6/1.6145/0	锥刃光杆	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4409	C03160108901008122850000010	金属骨针（不锈钢）	HA2.0/Φ2.0 70/20	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4410	C03160108901008122850000016	金属骨针（不锈钢）	HA1.6/Φ2.0 45/10	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4411	C03160108901008122850000030	金属骨针（不锈钢）	HA2.0/Φ2.0 45/15	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4412	C03160108901008122850000032	金属骨针（不锈钢）	HA2.0/Φ2.0 45/20	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批
4413	C03160108901008122850000060	金属骨针（不锈钢）	HA1.6/Φ2.0 45/15	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20213130790	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针（不锈钢）采用符合GB 4234.1-2017牌号为00Cr18Ni14Mo3的不锈钢材料制成。交付状态分为无菌和非无菌。无菌状态交付产品采用辐照灭菌，灭菌有效期	通过			第11批

4414	C03140108703002122850000017	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 120/40	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4415	C03140108703002122850000022	金属骨针	HA3.0/Φ3.0 180/30	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4416	C03140108703002122850000033	金属骨针	HA3.0/Φ3.0 120/30	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4417	C03140108703002122850000037	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 180/45	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4418	C03140108703002122850000060	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 90/35	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4419	C03140108703002122850000064	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 180/40	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4420	C03140108703002122850000067	金属骨针	HA3.0/Φ3.0 150/30	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4421	C03140108703002122850000075	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 180/60	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4422	C03140108703002122850000080	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 150/40	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4423	C03140108703002122850000102	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 150/40	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4424	C03140108703002122850000104	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 180/45	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4425	C03140108703002122850000140	金属骨针	HA4.5/Φ4.5 160/40	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4426	C03140108703002122850000165	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 150/35	自攻自钻（非无菌）	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4427	C03140108703002122850000180	金属骨针	HA4.5/Φ4.5 125/35	自攻自钻（非无菌）	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4428	C03140108703002122850000184	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 180/45	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4429	C03140108703002122850000193	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 150/50	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4430	C03140108703002122850000204	金属骨针	HA3.5/Φ3.5 120/30	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4431	C03140108703002122850000205	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 150/55	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4432	C03140108703002122850000226	金属骨针	HB6.0/Φ6.0 150/55	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4433	C03140108703002122850000230	金属骨针	HA3.5/Φ3.5 180/40	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4434	C03140108703002122850000231	金属骨针	HA2.5/Φ4.0 120/25	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4435	C03140108703002122850000252	金属骨针	HA3.5/Φ3.5 150/35	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4436	C03140108703002122850000259	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 150/45	自攻自钻（非无菌）	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4437	C03140108703002122850000264	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 110/30	自攻自钻（非无菌）	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4438	C03140108703002122850000307	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 150/55	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4439	C03140108703002122850000309	金属骨针	HA3.0/Φ3.0 150/25	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4440	C03140108703002122850000326	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 150/45	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4441	C03140108703002122850000334	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 150/40	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4442	C03140108703002122850000339	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 200/60	自攻自钻（非无菌）	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4443	C03140108703002122850000351	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 250/80	自攻自钻（非无菌）	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4444	C03140108703002122850000353	金属骨针	HA5.0/Φ6.0 150/50	自攻自钻（非无菌）	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4445	C03140108703002122850000358	金属骨针	HA2.5/Φ4.0 80/20	自攻自钻（非无菌）	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4446	C03140108703002122850000373	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 120/25	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4447	C03140108703002122850000388	金属骨针	HA3.5/Φ6.0 120/30	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4448	C03140108703002122850000407	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 200/60	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4449	C03140108703002122850000411	金属骨针	HA3.0/Φ4.0 100/25	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4450	C03140108703002122850000416	金属骨针	HA3.0/Φ4.0 70/15	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4451	C03140108703002122850000424	金属骨针	HA3.0/Φ3.0 150/30	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4452	C03140108703002122850000427	金属骨针	HA3.5/Φ3.5 150/30	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4453	C03140108703002122850000430	金属骨针	HB6.0/Φ6.0 150/60	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4454	C03140108703002122850000445	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 120/25	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4455	C03140108703002122850000472	金属骨针	HA5.0/Φ6.0 180/50	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4456	C03140108703002122850000491	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 180/45	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4457	C03140108703002122850000519	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 150/50	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4458	C03140108703002122850000540	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 90/35	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4459	C03140108703002122850000547	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 180/60	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4460	C03140108703002122850000586	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 120/40	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4461	C03140108703002122850000603	金属骨针	HA4.5/Φ4.5 125/35	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4462	C03140108703002122850000605	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 120/35	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4463	C03140108703002122850000617	金属骨针	HA3.0/Φ3.0 180/35	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4464	C03140108703002122850000619	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 150/40	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4465	C03140108703002122850000633	金属骨针	HB6.0/Φ6.0 150/55	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4466	C03140108703002122850000634	金属骨针	HA3.0/Φ3.0 180/35	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4467	C03140108703002122850000643	金属骨针	HA3.0/Φ4.0 80/20	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4468	C03140108703002122850000653	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 150/50	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4469	C03140108703002122850000688	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 200/70	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4470	C03140108703002122850000689	金属骨针	HA2.5/Φ2.5 100/15	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4471	C03140108703002122850000690	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 150/35	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4472	C03140108703002122850000693	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 150/50	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4473	C03140108703002122850000697	金属骨针	HA3.0/Φ4.0 70/15	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4474	C03140108703002122850000716	金属骨针	HB6.0/Φ6.0 200/60	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4475	C03140108703002122850000726	金属骨针	HA3.0/Φ4.0 80/20	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4476	C03140108703002122850000734	金属骨针	HA5.0/Φ6.0 150/40	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4477	C03140108703002122850000735	金属骨针	HB4.0/Φ4.0 150/50	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4478	C03140108703002122850000740	金属骨针	HA2.5/Φ4.0 120/25	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4479	C03140108703002122850000749	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 90/30	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4480	C03140108703002122850000752	金属骨针	HA6.0/Φ6.0 200/70	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4481	C03140108703002122850000755	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 150/50	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4482	C03140108703002122850000773	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 180/50	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4483	C03140108703002122850000785	金属骨针	HA3.5/Φ3.5 120/30	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4484	C03140108703002122850000790	金属骨针	HA3.5/Φ3.5 150/35	自攻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4485	C03140108703002122850000796	金属骨针	HA3.5/Φ3.5 180/40	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批

4486	C03140108703002122850000799	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 110/30	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批
4487	C03140108703002122850000800	金属骨针	HA4.0/Φ4.0 150/35	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4488	C03140108703002122850000813	金属骨针	HB6.0/Φ6.0 150/60	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	适用范围与除外耗材名称不一致，除外耗材名称是外固定材料，适用范围是内固定。		第11批
4489	C03140108703002122850000889	金属骨针	HA5.0/Φ5.0 160/40	自攻自钻(非无菌)	国械注准20223130664		087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	不通过	除外耗材名称外固定材料，适用范围是内固定		第11批

4490	C03160108903001122850000003	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 120/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4491	C03160108903001122850000005	金属骨针	Φ1.0/Φ1.0 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4492	C03160108903001122850000011	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 250/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4493	C03160108903001122850000018	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 280/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4494	C03160108903001122850000023	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 350/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4495	C03160108903001122850000028	金属骨针	Φ1.6/Φ1.6 150/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4496	C03160108903001122850000031	金属骨针	Φ0.8/Φ0.8 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4497	C03160108903001122850000033	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 280/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4498	C03160108903001122850000035	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 280/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4499	C03160108903001122850000051	金属骨针	Φ1.2/Φ1.2 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4500	C03160108903001122850000052	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 330/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4501	C03160108903001122850000053	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 250/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4502	C03160108903001122850000056	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 330/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4503	C03160108903001122850000058	金属骨针	Φ1.4/Φ1.4 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4504	C03160108903001122850000066	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 250/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4505	C03160108903001122850000069	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4506	C03160108903001122850000072	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 150/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4507	C03160108903001122850000076	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 280/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4508	C03160108903001122850000080	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 150/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4509	C03160108903001122850000085	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 120/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4510	C03160108903001122850000091	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 330/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4511	C03160108903001122850000094	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4512	C03160108903001122850000099	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4513	C03160108903001122850000108	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 150/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4514	C03160108903001122850000109	金属骨针	Φ1.6/Φ1.6 120/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4515	C03160108903001122850000114	金属骨针	Φ1.0/Φ1.0 150/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4516	C03160108903001122850000121	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 250/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4517	C03160108903001122850000128	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4518	C03160108903001122850000129	金属骨针	Φ1.6/Φ1.6 200/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4519	C03160108903001122850000130	金属骨针	Φ1.4/Φ1.4 150/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4520	C03160108903001122850000134	金属骨针	Φ1.2/Φ1.2 150/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4521	C03160108903001122850000136	金属骨针	Φ0.8/Φ0.8 120/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4522	C03160108903001122850000138	金属骨针	Φ1.2/Φ1.2 120/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4523	C03160108903001122850000142	金属骨针	Φ0.8/Φ0.8 150/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4524	C03160108903001122850000148	金属骨针	Φ1.0/Φ1.0 120/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4525	C03160108903001122850000149	金属骨针	Φ1.4/Φ1.4 120/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4526	C03160108903001122850000155	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 330/0	锥刃光杆（无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4527	C03160108903002122850000010	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 330/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4528	C03160108903002122850000014	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 150/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4529	C03160108903002122850000023	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 280/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4530	C03160108903002122850000028	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 150/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4531	C03160108903002122850000029	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 330/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4532	C03160108903002122850000037	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 280/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4533	C03160108903002122850000042	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 120/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4534	C03160108903002122850000044	金属骨针	Φ1.6/Φ1.6 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4535	C03160108903002122850000048	金属骨针	Φ1.0/Φ1.0 150/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4536	C03160108903002122850000049	金属骨针	Φ1.4/Φ1.4 120/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4537	C03160108903002122850000051	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 280/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4538	C03160108903002122850000054	金属骨针	Φ1.2/Φ1.2 120/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4539	C03160108903002122850000055	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 280/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4540	C03160108903002122850000056	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4541	C03160108903002122850000066	金属骨针	Φ0.8/Φ0.8 120/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4542	C03160108903002122850000067	金属骨针	Φ1.2/Φ1.2 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4543	C03160108903002122850000069	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 250/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4544	C03160108903002122850000078	金属骨针	Φ1.4/Φ1.4 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4545	C03160108903002122850000083	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 120/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4546	C03160108903002122850000085	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4547	C03160108903002122850000087	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 350/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4548	C03160108903002122850000089	金属骨针	Φ0.8/Φ0.8 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4549	C03160108903002122850000096	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 250/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4550	C03160108903002122850000097	金属骨针	Φ0.8/Φ0.8 150/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4551	C03160108903002122850000100	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 350/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4552	C03160108903002122850000101	金属骨针	Φ1.2/Φ1.2 150/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4553	C03160108903002122850000125	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 330/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4554	C03160108903002122850000126	金属骨针	Φ4.0/Φ4.0 150/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4555	C03160108903002122850000128	金属骨针	Φ2.0/Φ2.0 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4556	C03160108903002122850000129	金属骨针	Φ2.5/Φ2.5 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4557	C03160108903002122850000130	金属骨针	Φ1.0/Φ1.0 120/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4558	C03160108903002122850000139	金属骨针	Φ3.0/Φ3.0 330/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4559	C03160108903002122850000144	金属骨针	Φ1.6/Φ1.6 120/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4560	C03160108903002122850000145	金属骨针	Φ1.0/Φ1.0 200/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4561	C03160108903002122850000149	金属骨针	Φ1.6/Φ1.6 150/0	锥刃光杆（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4562	C03160108903008122850000007	金属骨针	HA2.0/Φ2.0 90/20	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4563	C03160108903008122850000017	金属骨针	HA2.0/Φ2.0 90/25	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4564	C03160108903008122850000020	金属骨针	HA1.6/Φ2.0 70/15	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4565	C03160108903008122850000021	金属骨针	HA2.0/Φ2.0 40/20	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4566	C03160108903008122850000024	金属骨针	HA1.6/Φ2.0 70/20	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4567	C03160108903008122850000026	金属骨针	HA1.6/Φ2.0 50/15	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4568	C03160108903008122850000031	金属骨针	HA2.0/Φ2.0 150/30	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4569	C03160108903008122850000044	金属骨针	HA2.0/Φ2.0 70/15	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4570	C03160108903008122850000050	金属骨针	HA2.0/Φ2.0 70/20	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4571	C03160108903008122850000056	金属骨针	HA1.6/Φ2.0 40/15	锥刃螺纹（非无菌）	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批

4572	C03160108903008122850000070	金属骨针	HA2.0/Φ4.0 80/20	锥刃螺纹(非无菌)	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4573	C03160108903008122850000074	金属骨针	HA1.6/Φ2.0 50/20	锥刃螺纹(非无菌)	国械注准20223130664	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4牌号钛合金材料制成。产品表面为黑灰色阳极氧化。金属骨针分无菌和非无菌两种交付状态。以无菌状态交付时，灭菌方式为辐照灭菌，有效期为5	通过			第11批
4574	C03140208704004122850008847	骨科牵引器	(针杆固定夹/铝合金)Φ8	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批

4575	C03140208704004122850008866	骨科牵引器	(杆杆固定夹/铝合金)Φ8/Φ8	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4576	C03140308701002122850009533	骨科牵引器	(连接杆/不锈钢)直型，Φ8×200	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4577	C03140308701002122850009563	骨科牵引器	(连接杆/不锈钢)直型，Φ8×150	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批

4578	C03140308701002122850009683	骨科牵引器	(调节杆/不锈钢)Φ8×300	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4579	C03140308701002122850009692	骨科牵引器	(连接杆/不锈钢)直型，Φ8×300	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4580	C03140308701007122850000208	骨科牵引器	(/不锈钢)A型	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批

4581	C03140308702006122850000039	骨科牵引器	(固定环/纯钛)Φ275	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4582	C03140308702006122850000197	骨科牵引器	(头环/纯钛)Φ240	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4583	C03140308702007122850000115	骨科牵引器	(/纯钛)B型	B型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批

4584	C03140308702007122850000116	骨科牵引器	(/纯钛)A型	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4585	C03140308705006122850000146	骨科牵引器	（骨科牵引器）A型	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4586	C03140408701002122850000254	骨科牵引器	(螺母/不锈钢)M6	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批

4587	C03140408701007122850005426	骨科牵引器	(挂钩/不锈钢)Φ6×50	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4588	C03140408701007122850005557	骨科牵引器	(延长片/不锈钢)Φ6×45	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4589	C03140408701009122850003493	骨科牵引器	(圆头螺钉/不锈钢)M6×20	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批

4590	C03140408701009122850003526	骨科牵引器	(螺钉/不锈钢)M6×30	A型	苏锡械备20200224号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过施加牵引力于牵引钢针，用于骨折牵引复位、拉直骨牵引针及颅骨牵引。	骨科牵引器是由头环、杆连接块、直行连接杆、杆杆夹、弯型连接杆、后背板、前背板及选配工具组成。本产品为手动式骨科器械，以非无菌型式	通过			第11批
4591	C03140108701004122850000093	骨牵引针	Φ5.0/Φ5.0 150/50	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4592	C03140108701004122850000095	骨牵引针	Φ0.8/0.8 150/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4593	C03140108701004122850000096	骨牵引针	Φ4.0/Φ4.0 180/40	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4594	C03140108701004122850000106	骨牵引针	Φ5.0/Φ6.0 120/30	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4595	C03140108701004122850000131	骨牵引针	Φ2.5/Φ4.0 70/15	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4596	C03140108701004122850000190	骨牵引针	Φ4.0/Φ4.0 120/30	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4597	C03140108701004122850000198	骨牵引针	Φ5.0/Φ5.0 110/30	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4598	C03140108701004122850000205	骨牵引针	Φ3.0/3.0 300/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4599	C03140108701004122850000220	骨牵引针	Φ3.3/Φ6.0 150/50	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4600	C03140108701004122850000223	骨牵引针	Φ1.6/1.6 250/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4601	C03140108701004122850000227	骨牵引针	Φ5.0/Φ6.0 120/35	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4602	C03140108701004122850000269	骨牵引针	Φ4.0/Φ4.0 120/35	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4603	C03140108701004122850000287	骨牵引针	φ1.2/1.2 150/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4604	C03140108701004122850000310	骨牵引针	φ2.5/φ4.0 80/20	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4605	C03140108701004122850000311	骨牵引针	φ5.0/φ5.0 250/80	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4606	C03140108701004122850000320	骨牵引针	φ3.3/φ6.0 120/30	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4607	C03140108701004122850000335	骨牵引针	φ6.0/6.0 65/65	E型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4608	C03140108701004122850000358	骨牵引针	φ2.0/2.0 250/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4609	C03140108701004122850000381	骨牵引针	φ4.0/4.0 300/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4610	C03140108701004122850000414	骨牵引针	Φ6.0/Φ6.0 150/50	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4611	C03140108701004122850000429	骨牵引针	Φ2.5/2.5 300/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4612	C03140108701004122850000437	骨牵引针	Φ5.0/Φ5.0 200/70	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4613	C03140108701004122850000438	骨牵引针	Φ6.0/Φ6.0 250/80	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4614	C03140108701004122850000443	骨牵引针	Φ1.6/1.6 150/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4615	C03140108701004122850000445	骨牵引针	Φ2.5/2.5 250/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4616	C03140108701004122850000478	骨牵引针	Φ6.0/Φ6.0 180/60	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4617	C03140108701004122850000485	骨牵引针	φ3.0/φ4.0 70/15	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4618	C03140108701004122850000489	骨牵引针	φ3.0/φ4.0 80/20	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4619	C03140108701004122850000501	骨牵引针	φ1.0/1.0 150/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4620	C03140108701004122850000559	骨牵引针	φ3.0/3.0 250/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4621	C03140108701004122850000563	骨牵引针	φ5.0/φ6.0 150/50	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4622	C03140108701004122850000590	骨牵引针	φ3.0/φ4.0 100/25	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4623	C03140108701004122850000607	骨牵引针	φ5.0/φ6.0 180/50	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4624	C03140108701004122850000627	骨牵引针	Φ5.0/Φ6.0 200/50	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4625	C03140108701004122850000638	骨牵引针	Φ3.0/Φ3.0 200/25	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4626	C03140108701004122850000657	骨牵引针	Φ4.0/Φ4.0 150/40	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4627	C03140108701004122850000661	骨牵引针	Φ6.0/Φ6.0 200/70	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4628	C03140108701004122850000681	骨牵引针	Φ4.0/4.0 250/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4629	C03140108701004122850000719	骨牵引针	Φ4.0/Φ4.0 90/30	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4630	C03140108701004122850000739	骨牵引针	Φ1.4/1.4 150/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4631	C03140108701004122850000747	骨牵引针	Φ4.0/Φ4.0 180/50	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4632	C03140108701004122850000763	骨牵引针	Φ3.3/Φ6.0 120/35	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4633	C03140108701004122850000813	骨牵引针	Φ3.0/Φ3.0 200/30	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4634	C03140108701004122850000831	骨牵引针	Φ5.0/Φ5.0 180/60	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4635	C03140108701004122850000845	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0 70/15	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4636	C03140108701004122850000853	骨牵引针	Φ4.0/Φ4.0 150/50	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4637	C03140108701004122850000869	骨牵引针	Φ2.0/2.0 150/0	C型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4638	C03140108701004122850000878	骨牵引针	Φ5.0/Φ6.0 180/60	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4639	C03140108701004122850000909	骨牵引针	Φ5.0/Φ6.0 200/60	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4640	C03140108701004122850000916	骨牵引针	Φ5.0/Φ6.0 150/40	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4641	C03140108701004122850000952	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0 70/20	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4642	C03140108701004122850000984	骨牵引针	Φ6.0/Φ6.0 110/30	D型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4643	C03140108701004122850001931	骨牵引针	Φ5.0/Φ4.0-250/50	G型(贯通型 HC)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4644	C03140108701004122850002145	骨牵引针	Φ2.5/Φ2.5-50/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4645	C03140108701004122850002157	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-50/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4646	C03140108701004122850002260	骨牵引针	Φ2.5/Φ2.5-110/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4647	C03140108701004122850002378	骨牵引针	Φ2.5/Φ2.5-90/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4648	C03140108701004122850002516	骨牵引针	Φ2.5/Φ2.5-70/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4649	C03140108701004122850002722	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-105/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4650	C03140108701004122850002769	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-90/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4651	C03140108701004122850002838	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-70/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4652	C03140108701004122850003099	骨牵引针	Φ2.5/Φ2.5-150/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4653	C03140108701004122850003782	骨牵引针	Φ2.5/Φ2.5-105/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4654	C03140108701004122850003941	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-150/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4655	C03140108701004122850004381	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-60/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4656	C03140108701004122850004485	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-110/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4657	C03140108701004122850004794	骨牵引针	Φ6.0/Φ5.0-250/50	G型(贯通型 HC)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4658	C03140108701004122850004866	骨牵引针	Φ2.5/Φ2.5-60/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4659	C03140108701004122850005269	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-75/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4660	C03140108701004122850006110	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-85/0	C3型(张力带针)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4661	C03140108701004122850006491	骨牵引针	Φ1.5/Φ1.5-350/215	F3型(橄榄钻头头部)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4662	C03140108701004122850006492	骨牵引针	Φ2.0/Φ2.0-350/215	F3型(橄榄钻头头部)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4663	C03140108701004122850006493	骨牵引针	Φ2.5/Φ2.5-350/215	F3型(橄榄钻头头部)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4664	C03140108701004122850006494	骨牵引针	Φ3.0/Φ3.0-350/215	F3型(橄榄钻头头部)	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批
4665	C03140108703004122850000119	骨牵引针	φ6.0/6.065/65钛合金	E型	苏锡械备20210149号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定。	骨牵引针采用不锈钢材料和钛合金材料制成，以非无菌型式提供	通过			第11批

4666	C03140208704004122850000031	组合式外固定支架	（角度可调钉夹(非灭菌)）DJ16B1	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4667	C03140208704004122850000032	组合式外固定支架	（角度可调钉夹(非灭菌)）DJ16C1	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4668	C03140208704004122850000033	组合式外固定支架	（角度可调钉夹(非灭菌)）DJ16A1	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4669	C03140208704004122850000093	组合式外固定支架	(T型钉夹Ⅰ/铝合金非灭菌)小	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4670	C03140208704004122850000109	组合式外固定支架	(直型中间钉夹Ⅰ/铝合金非灭菌)小	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4671	C03140308704002122850000092	组合式外固定支架	（连接杆/碳纤维非灭菌）d=φ8，L=120mm	Q型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4672	C03140308704002122850000418	组合式外固定支架	（连接杆/碳纤维非灭菌）d=φ5，L=120mm	Q型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4673	C03140308704002122850000594	组合式外固定支架	（连接杆/碳纤维非灭菌）d=φ5，L=80mm	Q型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4674	C03140308704002122850000687	组合式外固定支架	（连接杆/碳纤维非灭菌）d=φ8，L=80mm	Q型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4675	C03140308705002122850000447	组合式外固定支架	（连接杆/铝合金非灭菌）d=φ8，L=400mm	Q型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4676	C03140308705002122850000732	组合式外固定支架	（连接杆/铝合金非灭菌）d=φ8，L=65mm	Q型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4677	C03140308705002122850000751	组合式外固定支架	（滑轨杆/非灭菌）400mm	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4678	C03140308705002122850000758	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金非灭菌)200	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4679	C03140308705002122850000759	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金非灭菌)250	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4680	C03140308705002122850000766	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金非灭菌)150	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4681	C03140408701007122850000215	组合式外固定支架-距离调节器	(距离调节器/不锈钢非灭菌)50	R型	苏械注准20202040779	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架根据结构型式分为Q型和R型，Q型由多针固定夹、30度连接柱、杆-杆固定夹、半环形杆、针-杆固定夹、连接杆、直连接柱、近关节固定夹、加压牵引器组成；R型由滑轨杆、距离调节器、直型中间钉夹、直型外侧钉夹、T型钉夹、高度调节块、角度可调钉夹组成。外固定支架是根据	通过			第11批

4682	C03140308705007122850000010	单臂一体式外固定支架	（非灭菌）K1	K型	苏械注准20212041003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	单臂一体式外固定支架分为：A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、J型、K型、L型、M型、N型、P型、S和T型。A型由螺杆、固定块、左旋滑块、压紧螺母、定位板、M4内六角螺钉、右旋滑块组成；B型由定位板、螺杆、左定位块、M4内六角螺钉、压紧螺母、右定位块组成；C型由定位板	通过			第11批

4683	C03140308705007122850000012	单臂一体式外固定支架	（非灭菌）P1	P型	苏械注准20212041003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	单臂一体式外固定支架分为：A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、J型、K型、L型、M型、N型、P型、S和T型。A型由螺杆、固定块、左旋滑块、压紧螺母、定位板、M4内六角螺钉、右旋滑块组成；B型由定位板、螺杆、左定位块、M4内六角螺钉、压紧螺母、右定位块组成；C型由定位板	通过			第11批

4684	C03140308705007122850000013	单臂一体式外固定支架	（非灭菌）N2	N型	苏械注准20212041003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	单臂一体式外固定支架分为：A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、J型、K型、L型、M型、N型、P型、S和T型。A型由螺杆、固定块、左旋滑块、压紧螺母、定位板、M4内六角螺钉、右旋滑块组成；B型由定位板、螺杆、左定位块、M4内六角螺钉、压紧螺母、右定位块组成；C型由定位板	通过			第11批

4685	C03140308705007122850000014	单臂一体式外固定支架	（非灭菌）N1	N型	苏械注准20212041003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	单臂一体式外固定支架分为：A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、J型、K型、L型、M型、N型、P型、S和T型。A型由螺杆、固定块、左旋滑块、压紧螺母、定位板、M4内六角螺钉、右旋滑块组成；B型由定位板、螺杆、左定位块、M4内六角螺钉、压紧螺母、右定位块组成；C型由定位板	通过			第11批

4686	C03140308705007122850000029	单臂一体式外固定支架	（非灭菌）S2	S型	苏械注准20212041003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	单臂一体式外固定支架分为：A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、J型、K型、L型、M型、N型、P型、S和T型。A型由螺杆、固定块、左旋滑块、压紧螺母、定位板、M4内六角螺钉、右旋滑块组成；B型由定位板、螺杆、左定位块、M4内六角螺钉、压紧螺母、右定位块组成；C型由定位板	通过			第11批

4687	C03140308705007122850000034	单臂一体式外固定支架	（非灭菌）M1	M型	苏械注准20212041003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	单臂一体式外固定支架分为：A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、J型、K型、L型、M型、N型、P型、S和T型。A型由螺杆、固定块、左旋滑块、压紧螺母、定位板、M4内六角螺钉、右旋滑块组成；B型由定位板、螺杆、左定位块、M4内六角螺钉、压紧螺母、右定位块组成；C型由定位板	通过			第11批

4688	C03140308705007122850000037	单臂一体式外固定支架	（非灭菌）L1	L型	苏械注准20212041003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	单臂一体式外固定支架分为：A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型、H型、J型、K型、L型、M型、N型、P型、S和T型。A型由螺杆、固定块、左旋滑块、压紧螺母、定位板、M4内六角螺钉、右旋滑块组成；B型由定位板、螺杆、左定位块、M4内六角螺钉、压紧螺母、右定位块组成；C型由定位板	通过			第11批

4689	C03140308705007122850000002	腕关节外固定支架	（非灭菌）D型	D型	苏械注准20212041016	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	腕关节外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型。A 型由可旋夹针模块、滑轨杆体(77)、顶块、双球头模块、偏心轴、滑轨杆体(117)组成；B 型由微调旋转轴、微调夹针模块、微调杆体(77)、偏心轴、顶块、双球头模块、滑轨杆体(117)、可旋夹针模块组成；C 型由可旋夹针模块、滑轨杆体	通过			第11批

4690	C03140308705007122850000003	腕关节外固定支架	（非灭菌）A型	A型	苏械注准20212041016	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	腕关节外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型。A 型由可旋夹针模块、滑轨杆体(77)、顶块、双球头模块、偏心轴、滑轨杆体(117)组成；B 型由微调旋转轴、微调夹针模块、微调杆体(77)、偏心轴、顶块、双球头模块、滑轨杆体(117)、可旋夹针模块组成；C 型由可旋夹针模块、滑轨杆体	通过			第11批

4691	C03140308705007122850000005	腕关节外固定支架	（非灭菌）B型	B型	苏械注准20212041016	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	腕关节外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型。A 型由可旋夹针模块、滑轨杆体(77)、顶块、双球头模块、偏心轴、滑轨杆体(117)组成；B 型由微调旋转轴、微调夹针模块、微调杆体(77)、偏心轴、顶块、双球头模块、滑轨杆体(117)、可旋夹针模块组成；C 型由可旋夹针模块、滑轨杆体	通过			第11批

4692	C03140308705007122850000006	腕关节外固定支架	（灭菌）B型	B型	苏械注准20212041016	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	腕关节外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型。A 型由可旋夹针模块、滑轨杆体(77)、顶块、双球头模块、偏心轴、滑轨杆体(117)组成；B 型由微调旋转轴、微调夹针模块、微调杆体(77)、偏心轴、顶块、双球头模块、滑轨杆体(117)、可旋夹针模块组成；C 型由可旋夹针模块、滑轨杆体	通过			第11批

4693	C03140308705007122850000007	腕关节外固定支架	（非灭菌）C型	C型	苏械注准20212041016	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	腕关节外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型。A 型由可旋夹针模块、滑轨杆体(77)、顶块、双球头模块、偏心轴、滑轨杆体(117)组成；B 型由微调旋转轴、微调夹针模块、微调杆体(77)、偏心轴、顶块、双球头模块、滑轨杆体(117)、可旋夹针模块组成；C 型由可旋夹针模块、滑轨杆体	通过			第11批

4694	C03140308705006122850000026	环式外固定支架	（半环/非灭菌）B130	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4695	C03140308705006122850000033	环式外固定支架	（半环/非灭菌）B150	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4696	C03140308705006122850000042	环式外固定支架	（六耳环形块/非灭菌）φ220	I型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4697	C03140308705006122850000064	环式外固定支架	（全环/非灭菌）φ150	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4698	C03140308705006122850000068	环式外固定支架	（全环/非灭菌）φ130	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4699	C03140308705006122850000134	环式外固定支架	（半环/非灭菌）B150	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4700	C03140308705006122850000137	环式外固定支架	（半环/非灭菌）B130	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4701	C03140408701002122850000013	环式外固定支架	（麻点螺母/非灭菌）标准型	通用部件	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4702	C03140408701002122850000016	环式外固定支架	（螺母/非灭菌）M4	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4703	C03140408701002122850000017	环式外固定支架	（螺母/非灭菌）M3	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4704	C03140408701002122850000021	环式外固定支架	（螺母/灭菌）M6	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4705	C03140408701004122850003198	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M4，螺纹长度170	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4706	C03140408701004122850003246	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M3，螺纹长度170	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4707	C03140408701004122850003307	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M4，螺纹长度169	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4708	C03140408701004122850003520	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M3，螺纹长度155	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4709	C03140408701004122850003534	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M3，螺纹长度140	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4710	C03140408701004122850003782	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M4，螺纹长度180	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4711	C03140408701004122850004429	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M3，螺纹长度180	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4712	C03140408701004122850004580	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M4，螺纹长度179	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4713	C03140408701004122850004639	环式外固定支架	（螺纹杆/非灭菌）M3，螺纹长度125	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4714	C03140408701005122850000008	环式外固定支架	（垫片/非灭菌）φ4	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4715	C03140408701005122850000011	环式外固定支架	（垫片/非灭菌）φ4.5	V型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4716	C03140408701007122850000022	环式外固定支架	（连接片/非灭菌）短8孔	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4717	C03140408701007122850000034	环式外固定支架	（连接片/非灭菌）短7孔	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4718	C03140408701007122850000157	环式外固定支架	（多孔连接片/非灭菌）标准型	通用部件	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4719	C03140408701009122850000145	环式外固定支架	（标准螺钉/非灭菌）M6，螺纹长度20	III型	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4720	C03140408704007122850001110	环式外固定支架	(标识圈/铝合金非灭菌)6	通用部件	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4721	C03140408704007122850001113	环式外固定支架	(标识圈/铝合金非灭菌)5	通用部件	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4722	C03140408704007122850001116	环式外固定支架	(标识圈/铝合金非灭菌)4	通用部件	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4723	C03140408704007122850001117	环式外固定支架	(标识圈/铝合金非灭菌)2	通用部件	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4724	C03140408704007122850001118	环式外固定支架	(标识圈/铝合金非灭菌)1	通用部件	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4725	C03140408704007122850001120	环式外固定支架	(标识圈/铝合金非灭菌)3	通用部件	苏械注准20212041031	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	环式外固定支架型号划分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。Ⅰ型由六耳环形块、标准型连接杆、快调型连接杆、SW10连接螺栓、针槽 T 形螺栓、SW10锁紧螺母、针孔 T 形螺栓、标识圈组成；Ⅱ型由四耳环形块、三耳环形块、普通全环块、单向连接头、六棱立柱、麻点螺母、螺纹立柱、万向	通过			第11批

4726	C03140308701002122850000758	微型外固定支架-万向连接螺杆装置/延长杆（非灭菌）	（延长杆/非灭菌）L=100	A型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4727	C03140308701002122850000759	微型外固定支架-万向连接螺杆装置/延长杆（非灭菌）	（延长杆/非灭菌）L=120	A型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4728	C03140308701002122850000760	微型外固定支架-万向连接螺杆装置/延长杆（非灭菌）	（延长杆/非灭菌）L=80	A型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4729	C03140308701002122850000767	微型外固定支架-万向连接螺杆装置/延长杆（非灭菌）	（万向连接螺杆装置/非灭菌）L=72	A型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4730	C03140308701002122850000769	微型外固定支架-万向连接螺杆装置/延长杆（非灭菌）	（万向连接螺杆装置/非灭菌）L=62	A型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4731	C03140308705007122850000100	微型外固定支架	（微型外固定支架B型（非灭菌））L=72.5	B型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4732	C03140308705007122850000105	微型外固定支架	（微型外固定支架C型（非灭菌））/	C型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4733	C03140308705007122850000107	微型外固定支架	（微型外固定支架D型（非灭菌））/	D型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4734	C03140408701002122850000007	微型外固定支架-M6加压螺母（灭菌/非灭菌）	（M6加压螺母（非灭菌））/	A型	苏械注准20212041032	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套，供临床骨科外固定用。	微型外固定支架分为 A 型、B 型、C 型、D 型，A 型由万向连接螺杆装置、M6 加压螺母、针固定夹、L型针固定夹、延长杆组成；B 型由距离调节螺丝、U 型挡块、底座、垫片、滑动钉夹、压板、锁紧螺钉、“一”字钉夹组成；C 型由空心螺栓、螺母 、距离调节螺钉 、销 φ2×8、底座、滑动	通过			第11批

4735	C03140208701004122850000135	组合式外固定支架	(加压牵引器Ⅰ型/不锈钢)Φ6	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4736	C03140208701004122850001815	组合式外固定支架	(加压牵引器Ⅰ型/不锈钢)Φ5	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4737	C03140208701004122850002731	组合式外固定支架	(杆杆固定夹III型/不锈钢)Φ8/Φ8	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4738	C03140208701004122850003491	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅻ型/不锈钢)双针单杆 Φ5/Φ8	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4739	C03140208704004122850000213	组合式外固定支架	(多针固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ5，5孔	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4740	C03140208704004122850000252	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ6/Φ8	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4741	C03140208704004122850000254	组合式外固定支架	(杆杆固定夹Ⅳ型/铝合金)Φ8/Φ8	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4742	C03140208704004122850000302	组合式外固定支架	(T型钉夹/铝合金)Φ6.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4743	C03140208704004122850000528	组合式外固定支架	(球头T型钉夹/铝合金)T1型Φ6.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4744	C03140208704004122850000564	组合式外固定支架	(球头T型钉夹/铝合金)T2型Φ5.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4745	C03140208704004122850000703	组合式外固定支架	(杆杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ3/Φ3	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4746	C03140208704004122850001078	组合式外固定支架	(垫高组件/铝合金)15mm	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4747	C03140208704004122850001206	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ3/Φ5	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4748	C03140208704004122850001315	组合式外固定支架	(杆杆固定夹Ⅳ型/铝合金)Φ5/Φ5	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4749	C03140208704004122850001898	组合式外固定支架	(垫高组件/铝合金)8mm	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4750	C03140208704004122850002213	组合式外固定支架	(杆杆固定夹Ⅴ型/铝合金)Φ5/Φ5	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4751	C03140208704004122850002214	组合式外固定支架	(弹性组件/铝合金)/	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4752	C03140208704004122850002520	组合式外固定支架	(球头T型钉夹/铝合金)T1型Φ5.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4753	C03140208704004122850002523	组合式外固定支架	(高度调节块/铝合金)H=10	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4754	C03140208704004122850002588	组合式外固定支架	(高度调节块/铝合金)H=8	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4755	C03140208704004122850002618	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅸ型/铝合金)Φ3/Φ5	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4756	C03140208704004122850002821	组合式外固定支架	(多针固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ6，5孔	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4757	C03140208704004122850002824	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅸ型/铝合金)Φ4/Φ5	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4758	C03140208704004122850002986	组合式外固定支架	(直型中间钉夹/铝合金)Φ5.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4759	C03140208704004122850003027	组合式外固定支架	(近关节固定夹/铝合金)Φ5/Φ4	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4760	C03140208704004122850003124	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ4/Φ5	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4761	C03140208704004122850003329	组合式外固定支架	(球头T型钉夹/铝合金)大T型Φ5.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4762	C03140208704004122850003341	组合式外固定支架	(多针固定夹Ⅱ型/铝合金)Φ2，0°	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4763	C03140208704004122850003444	组合式外固定支架	(直型外侧钉夹/铝合金)Φ6.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4764	C03140208704004122850003478	组合式外固定支架	(杆杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ8/Φ8	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4765	C03140208704004122850003523	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ2/Φ3	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4766	C03140208704004122850003766	组合式外固定支架	(杆杆固定夹III型/铝合金)Φ8/Φ8	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4767	C03140208704004122850003841	组合式外固定支架	(T型钉夹/铝合金)Φ5.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4768	C03140208704004122850004455	组合式外固定支架	(球头T型钉夹/铝合金)大T型Φ6.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4769	C03140208704004122850004472	组合式外固定支架	(高度调节块/铝合金)H=15	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4770	C03140208704004122850004560	组合式外固定支架	(高度调节块/铝合金)H=5	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4771	C03140208704004122850004901	组合式外固定支架	(直型外侧钉夹/铝合金)Φ5.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4772	C03140208704004122850005420	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ2/Φ5	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4773	C03140208704004122850005461	组合式外固定支架	(直型中间钉夹/铝合金)Φ6.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4774	C03140208704004122850005586	组合式外固定支架	(杆杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ5/Φ5	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4775	C03140208704004122850005629	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ5/Φ8	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4776	C03140208704004122850005812	组合式外固定支架	(角度可调钉夹/铝合金)Φ6.0×150	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4777	C03140208704004122850005892	组合式外固定支架	(角度可调钉夹/铝合金)Φ6.0×90	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4778	C03140208704004122850005958	组合式外固定支架	(跨关节组件/铝合金)标准型	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4779	C03140208704004122850006101	组合式外固定支架	(针杆固定夹Ⅸ型/铝合金)Φ5/Φ8	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4780	C03140208704004122850006104	组合式外固定支架	(杆杆固定夹Ⅰ型/铝合金)Φ5/Φ8	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4781	C03140208704004122850006105	组合式外固定支架	(T型钉夹连接组件/铝合金)/	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4782	C03140208704004122850006163	组合式外固定支架	(角度可调钉夹/铝合金)Φ6.0×80	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4783	C03140208704004122850006279	组合式外固定支架	(多针固定夹Ⅱ型/铝合金)Φ2，90°	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4784	C03140208704004122850006349	组合式外固定支架	(球头T型钉夹/铝合金)T2型Φ6.0	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4785	C03140308701002122850001191	组合式外固定支架	(铰链杆Ⅰ型/不锈钢)跨膝关节(右) Φ8×600 空心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4786	C03140308701002122850001398	组合式外固定支架	（调节杆（单向）/不锈钢）Φ8×300 空心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4787	C03140308701002122850001800	组合式外固定支架	(铰链杆Ⅰ型/不锈钢)踝关节Φ8×300空心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4788	C03140308701002122850002278	组合式外固定支架	（调节杆（单向）/不锈钢）Φ8×350 空心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4789	C03140308701002122850003122	组合式外固定支架	(铰链杆Ⅰ型/不锈钢)跨膝关节(左) Φ8×600 空心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4790	C03140308701002122850003589	组合式外固定支架	(铰链杆Ⅰ型/不锈钢)踝关节Φ8×300实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4791	C03140308701002122850005580	组合式外固定支架	(铰链杆Ⅰ型/不锈钢)肘关节Φ5×170实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4792	C03140308701004122850000056	组合式外固定支架	(连接柱/不锈钢)90°Φ8	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4793	C03140308701004122850000925	组合式外固定支架	(异形杆/不锈钢)环形 Φ5×140 空心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4794	C03140308701004122850004413	组合式外固定支架	(连接柱/不锈钢)0° Φ8	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4795	C03140308701004122850004619	组合式外固定支架	(连接柱/不锈钢)90°Φ5	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4796	C03140308701004122850004799	组合式外固定支架	(连接柱/不锈钢)0° Φ5	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4797	C03140308701004122850005725	组合式外固定支架	(异形杆/不锈钢)环形 Φ5×120 空心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4798	C03140308701004122850005771	组合式外固定支架	(连接柱/不锈钢)30°Φ8	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4799	C03140308701004122850007530	组合式外固定支架	(连接柱/不锈钢)30°Φ5	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4800	C03140308704002122850000766	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×150实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4801	C03140308704002122850000837	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ3×100实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4802	C03140308704002122850000943	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ3×65实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4803	C03140308704002122850000960	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×250实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4804	C03140308704002122850000996	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×65实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4805	C03140308704002122850001072	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ5×200实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4806	C03140308704002122850001125	组合式外固定支架	（直连接杆/碳纤维）Φ5×80实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4807	C03140308704002122850001140	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ5×150实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4808	C03140308704002122850001209	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ5×120实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4809	C03140308704002122850001233	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×120实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4810	C03140308704002122850001238	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×350实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4811	C03140308704002122850001315	组合式外固定支架	（直连接杆/碳纤维）Φ8×300实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4812	C03140308704002122850001449	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×80实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4813	C03140308704002122850001600	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×200实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4814	C03140308704002122850001602	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×180实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4815	C03140308704002122850001621	组合式外固定支架	（直连接杆/碳纤维）Φ5×100实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4816	C03140308704002122850001638	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ3×80实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4817	C03140308704002122850001712	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×100实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4818	C03140308704002122850001738	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ8×400实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4819	C03140308704002122850001771	组合式外固定支架	(直连接杆/碳纤维)Φ5×65实心	QX型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4820	C03140308705002122850000780	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×65实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4821	C03140308705002122850000784	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=230	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4822	C03140308705002122850000794	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=100	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4823	C03140308705002122850000797	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×250实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4824	C03140308705002122850000818	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×180实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4825	C03140308705002122850000833	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ5×65实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4826	C03140308705002122850000901	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=300	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4827	C03140308705002122850000907	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×100实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4828	C03140308705002122850000909	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=120	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4829	C03140308705002122850000927	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ5×80实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4830	C03140308705002122850000973	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=150	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4831	C03140308705002122850001023	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=400	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4832	C03140308705002122850001052	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ5×100实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4833	C03140308705002122850001074	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ5×120实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4834	C03140308705002122850001113	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×120实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4835	C03140308705002122850001129	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ5×150实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4836	C03140308705002122850001242	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×200实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4837	C03140308705002122850001249	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×80实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4838	C03140308705002122850001278	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=350	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4839	C03140308705002122850001284	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ5×200实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4840	C03140308705002122850001291	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=200	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4841	C03140308705002122850001315	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×300实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4842	C03140308705002122850001466	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=180	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4843	C03140308705002122850001469	组合式外固定支架	(滑轨杆/铝合金)L=250	RB-II-3型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4844	C03140308705002122850001475	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×150实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4845	C03140308705002122850001526	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×400实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4846	C03140308705002122850001575	组合式外固定支架	(直连接杆/铝合金)Φ8×350实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4847	C03140308705004122850000245	组合式外固定支架	(异形杆/铝合金)环形 Φ8×120 实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4848	C03140308705004122850001490	组合式外固定支架	(异形杆/铝合金)环形 Φ8×140 实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4849	C03140308705004122850003095	组合式外固定支架	(异形杆/铝合金)环形 Φ8×180 实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4850	C03140308705004122850003837	组合式外固定支架	(异形杆/铝合金)环形 Φ8×160 实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4851	C03140308705004122850003917	组合式外固定支架	(异形杆/铝合金)环形 Φ8×250 实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4852	C03140308705004122850004035	组合式外固定支架	(异形杆/铝合金)环形 Φ8×200 实心	QX-3型(组合型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4853	C03140408701002122850000064	组合式外固定支架	(标准螺母/不锈钢)M4	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4854	C03140408701002122850000084	组合式外固定支架	(标准螺母/不锈钢)M3	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4855	C03140408701002122850000115	组合式外固定支架	(标准螺母/不锈钢)M6	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4856	C03140408701003122850000180	组合式外固定支架	（片铰链/不锈钢）39×39	SA-II型（手足结构矫形II型）	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4857	C03140408701004122850010319	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×180	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4858	C03140408701004122850010417	组合式外固定支架	(D型螺杆/不锈钢)M3×50	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4859	C03140408701004122850010421	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×79	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4860	C03140408701004122850010718	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×40	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4861	C03140408701004122850010886	组合式外固定支架	(D型螺杆/不锈钢)M3×80	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4862	C03140408701004122850010891	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×124	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4863	C03140408701004122850011003	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M3×100	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4864	C03140408701004122850011059	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×95	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4865	C03140408701004122850011146	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×49	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4866	C03140408701004122850011175	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×60	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4867	C03140408701004122850011215	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×50	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4868	C03140408701004122850011234	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M3×80	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4869	C03140408701004122850011315	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×110	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4870	C03140408701004122850011373	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×80	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4871	C03140408701004122850011431	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×35	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4872	C03140408701004122850011558	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M3×60	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4873	C03140408701004122850011559	组合式外固定支架	(D型螺杆/不锈钢)M3×120	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4874	C03140408701004122850011571	组合式外固定支架	(D型螺杆/不锈钢)M3×60	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4875	C03140408701004122850011609	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M3×50	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4876	C03140408701004122850011654	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×120	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4877	C03140408701004122850011685	组合式外固定支架	(D型螺杆/不锈钢)M3×65	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4878	C03140408701004122850011786	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×100	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4879	C03140408701004122850012076	组合式外固定支架	(D型螺杆/不锈钢)M3×55	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4880	C03140408701004122850012235	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×155	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4881	C03140408701004122850012256	组合式外固定支架	(D型螺杆/不锈钢)M3×100	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4882	C03140408701004122850012281	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×170	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4883	C03140408701004122850012284	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×140	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4884	C03140408701004122850012339	组合式外固定支架	(螺杆/不锈钢)M4×65	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4885	C03140408701005122850000094	组合式外固定支架	（槽垫片/不锈钢）Φ4.0	SA-II型（手足结构矫形II型）	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4886	C03140408701005122850000121	组合式外固定支架	（槽垫片/不锈钢）Φ6.5	SA-II型（手足结构矫形II型）	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4887	C03140408701005122850000227	组合式外固定支架	（夹垫片/不锈钢）Φ6.0	SA-II型（手足结构矫形II型）	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4888	C03140408701005122850000241	组合式外固定支架	（平垫片/不锈钢）Φ6.5	SA-II型（手足结构矫形II型）	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4889	C03140408701005122850000328	组合式外固定支架	（平垫片/不锈钢）Φ6.0	SA-II型（手足结构矫形II型）	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4890	C03140408701007122850000269	组合式外固定支架	(外螺纹转换块/不锈钢)M6×47	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4891	C03140408701007122850000345	组合式外固定支架	(外螺纹转换块/不锈钢)M4×44	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4892	C03140408701007122850000528	组合式外固定支架	(内螺纹转换块/不锈钢)M3×24	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4893	C03140408701007122850000612	组合式外固定支架	(距离调节器/不锈钢)L=76	RB-II型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4894	C03140408701007122850000872	组合式外固定支架	(连接片/不锈钢)3孔，Φ6	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4895	C03140408701007122850001019	组合式外固定支架	(连接片/不锈钢)4孔，Φ4	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4896	C03140408701007122850001284	组合式外固定支架	(内螺纹转换块/不锈钢)M3×34	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4897	C03140408701007122850001292	组合式外固定支架	(外螺纹转换块/不锈钢)M4×34	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4898	C03140408701007122850001332	组合式外固定支架	(内螺纹转换块/不锈钢)M4×25	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4899	C03140408701007122850001397	组合式外固定支架	(内螺纹转换块/不锈钢)M6×47	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4900	C03140408701007122850001433	组合式外固定支架	(距离调节器/不锈钢)L=50	RB-II型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4901	C03140408701007122850001515	组合式外固定支架	(内螺纹转换块/不锈钢)M3×14	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4902	C03140408701007122850001525	组合式外固定支架	(内螺纹转换块/不锈钢)M3×15	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4903	C03140408701007122850001534	组合式外固定支架	(外螺纹转换块/不锈钢)M4×25	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4904	C03140408701007122850001659	组合式外固定支架	(距离调节器/不锈钢)L=116	RB-II型(骨延长II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4905	C03140408701007122850002046	组合式外固定支架	(连接片/不锈钢)3孔，Φ4	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4906	C03140408701007122850002532	组合式外固定支架	(外螺纹转换块/不锈钢)M4×24	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4907	C03140408701007122850002704	组合式外固定支架	(连接片/不锈钢)2孔，Φ6	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4908	C03140408701007122850002746	组合式外固定支架	(连接片/不锈钢)2孔，Φ4	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4909	C03140408701007122850002987	组合式外固定支架	(连接片/不锈钢)4孔，Φ6	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4910	C03140408701007122850003158	组合式外固定支架	(外螺纹转换块/不锈钢)M4×35	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4911	C03140408701007122850003284	组合式外固定支架	(外螺纹转换块/不锈钢)M4×45	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4912	C03140408701007122850003431	组合式外固定支架	(内螺纹转换块/不锈钢)M4×15	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4913	C03140408701007122850003556	组合式外固定支架	(外螺纹转换块/不锈钢)M6×34	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4914	C03140408701009122850000744	组合式外固定支架	(空心螺钉/不锈钢)M6,16	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4915	C03140408701009122850000824	组合式外固定支架	(带槽螺钉/不锈钢)M6,10	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4916	C03140408701009122850000890	组合式外固定支架	(带槽螺钉/不锈钢)M6,20	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4917	C03140408701009122850000945	组合式外固定支架	(带槽螺钉/不锈钢)M6,17	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4918	C03140408701009122850001093	组合式外固定支架	(带槽螺钉/不锈钢)M6,12	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4919	C03140408701009122850001179	组合式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)M4,10	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4920	C03140408701009122850001357	组合式外固定支架	(带槽螺钉/不锈钢)M6,19	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4921	C03140408701009122850001380	组合式外固定支架	(空心螺钉/不锈钢)M6,12	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4922	C03140408701009122850001467	组合式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)M4,14	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4923	C03140408701009122850001582	组合式外固定支架	(带槽螺钉/不锈钢)M6,13	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4924	C03140408701009122850001598	组合式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)M4,12	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4925	C03140408701009122850001685	组合式外固定支架	(空心螺钉/不锈钢)M6,15	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4926	C03140408701009122850001771	组合式外固定支架	(带槽螺钉/不锈钢)M6,15	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-Ⅲ型（胫骨固定Ⅲ型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-Ⅲ型（桡骨结构固定Ⅲ型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批

4927	C03140408701009122850001821	组合式外固定支架	(带槽螺钉/不锈钢)M6,16	SA-II型(手足结构矫形II型)	苏械注准20232040600	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供临床骨科外固定用。	组合式外固定支架按结构不同分为 QX型（组合型）、QA-Ⅰ型（胫骨固定Ⅰ型）、QA-Ⅱ型（胫骨固定Ⅱ型）、QA-III型（胫骨固定III型）、QB型（肱骨结构固定型）、QC-Ⅰ型（尺桡骨结构固定Ⅰ型）、QC-Ⅱ型（尺桡骨结构固定Ⅱ型）、QC-III型（桡骨结构固定III型）、QC-Ⅳ型（桡骨结构固定Ⅳ	通过			第11批
4928	C03140308701002122850007860	环式外固定支架	(延长调节器ⅡI型/不锈钢)d6×80	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照灭	通过			第11批

4929	C03140308701002122850007984	环式外固定支架	(延长调节器Ⅱ型/不锈钢)d6×180	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4930	C03140308701002122850008435	环式外固定支架	(延长调节器Ⅱ型/不锈钢)d6×100	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4931	C03140308701002122850008489	环式外固定支架	(延长调节器Ⅱ型/不锈钢)d6×120	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4932	C03140308701002122850008719	环式外固定支架	(延长调节器Ⅱ型/不锈钢)d6×40	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4933	C03140308701002122850008813	环式外固定支架	(延长调节器Ⅱ型/不锈钢)d6×150	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4934	C03140308701002122850009280	环式外固定支架	(延长调节器Ⅱ型/不锈钢)d6×200	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4935	C03140308701002122850009449	环式外固定支架	(延长调节器Ⅱ型/不锈钢)d6×60	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4936	C03140308705002122850001829	环式外固定支架	(标准调节器/铝合金)d6×75	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4937	C03140308705002122850001845	环式外固定支架	(标准调节器/铝合金)d6×116	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4938	C03140308705002122850002276	环式外固定支架	(标准调节器/铝合金)d6×169	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4939	C03140308705002122850002317	环式外固定支架	(标准调节器/铝合金)d6×59	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4940	C03140308705002122850002667	环式外固定支架	(标准调节器/铝合金)d6×90	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4941	C03140308705006122850004253	环式外固定支架	(半环(带台阶)/铝合金)d160×M6×6	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4942	C03140308705006122850004278	环式外固定支架	(全环(多孔)/铝合金)d160×M6×6	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4943	C03140308705006122850004419	环式外固定支架	(C环(2/3环三耳)/铝合金)d105×M6×8	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4944	C03140308705006122850004448	环式外固定支架	(U六轴环(长、带接口)/铝合金)d205×M6×8	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4945	C03140308705006122850004708	环式外固定支架	(U六轴环(长、带接口)/铝合金)d105×M6×8	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4946	C03140308705006122850005068	环式外固定支架	(U形环(短)/铝合金)d140×M6×8	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4947	C03140308705006122850005147	环式外固定支架	(全环(多孔)/铝合金)d120×M6×6	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4948	C03140308705006122850005176	环式外固定支架	(半环(带台阶)/铝合金)d120×M6×6	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4949	C03140308705006122850005276	环式外固定支架	(C环(2/3环三耳)/铝合金)d205×M6×8	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4950	C03140308705006122850005497	环式外固定支架	(C环(2/3环三耳)/铝合金)d155×M6×8	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4951	C03140308705006122850005534	环式外固定支架	(C环(2/3环)/铝合金)d160×M6×6	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4952	C03140308705006122850006058	环式外固定支架	(U形环(短)/铝合金)d120×M6×8	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4953	C03140308705006122850006103	环式外固定支架	(六轴全环(三孔)/铝合金)d130×M6×8	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4954	C03140308705006122850006537	环式外固定支架	(全环(多孔)/铝合金)d140×M6×6	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4955	C03140308705006122850006650	环式外固定支架	(六轴全环(三孔)/铝合金)d205×M6×8	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4956	C03140308705006122850006677	环式外固定支架	(C环(2/3环)/铝合金)d120×M6×6	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4957	C03140308705006122850006706	环式外固定支架	(半环(带台阶)/铝合金)d140×M6×6	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4958	C03140308705006122850006949	环式外固定支架	(U形环(短)/铝合金)d180×M6×8	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4959	C03140308705006122850007019	环式外固定支架	(U形环(短)/铝合金)d160×M6×8	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4960	C03140308705006122850007086	环式外固定支架	(半环(带台阶)/铝合金)d180×M6×6	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4961	C03140308705006122850007283	环式外固定支架	(六轴全环(三孔)/铝合金)d155×M6×8	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4962	C03140308705006122850007560	环式外固定支架	(六轴全环(三孔)/铝合金)d105×M6×8	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4963	C03140308705006122850007847	环式外固定支架	(全环(多孔)/铝合金)d180×M6×6	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4964	C03140308705006122850007967	环式外固定支架	(C环(2/3环)/铝合金)d140×M6×6	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4965	C03140308705006122850008206	环式外固定支架	(C环(2/3环)/铝合金)d180×M6×6	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4966	C03140308705006122850008311	环式外固定支架	(C环(2/3环三耳)/铝合金)d130×M6×8	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4967	C03140308705006122850008534	环式外固定支架	(U六轴环(长、带接口)/铝合金)d155×M6×8	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4968	C03140308705006122850008633	环式外固定支架	(U六轴环(长、带接口)/铝合金)d130×M6×8	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4969	C03140408701002122850000148	环式外固定支架	(标准螺母/不锈钢)d6×5	微动双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4970	C03140408701002122850000188	环式外固定支架	(麻点螺母/不锈钢)d6×6	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4971	C03140408701002122850000192	环式外固定支架	(标准螺母/不锈钢)d6×5	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4972	C03140408701003122850000297	环式外固定支架	(万向铰链/不锈钢)D6×26	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4973	C03140408701003122850000317	环式外固定支架	(十字铰链/不锈钢)D6×32	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4974	C03140408701003122850000324	环式外固定支架	(连杆铰链/不锈钢)D6×20	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4975	C03140408701003122850000348	环式外固定支架	(连杆铰链/不锈钢)D6×50	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4976	C03140408701003122850000396	环式外固定支架	(管管铰链/不锈钢)D6×20	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4977	C03140408701003122850000405	环式外固定支架	(提拉铰链/不锈钢)D6×45	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4978	C03140408701003122850000459	环式外固定支架	(连杆铰链/不锈钢)D6×34	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4979	C03140408701003122850000473	环式外固定支架	(提拉铰链/不锈钢)D6×58	足踝Ⅱ型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4980	C03140408701004122850012678	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×140	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4981	C03140408701004122850012738	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×180	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4982	C03140408701004122850012935	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×400	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4983	C03140408701004122850013044	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×60	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4984	C03140408701004122850013219	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×120	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4985	C03140408701004122850013254	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×100	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4986	C03140408701004122850013260	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×350	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4987	C03140408701004122850013395	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×40	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4988	C03140408701004122850013473	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×300	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4989	C03140408701004122850013513	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×160	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4990	C03140408701004122850013645	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×80	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4991	C03140408701004122850013660	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×200	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4992	C03140408701004122850013691	环式外固定支架	(标准螺纹杆/不锈钢)M6×250	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4993	C03140408701005122850000569	环式外固定支架	(平垫片/不锈钢)D12×1.5	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4994	C03140408701005122850000600	环式外固定支架	(槽垫片/不锈钢)D12×2	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4995	C03140408701007122850004328	环式外固定支架	(内螺纹扁柱/不锈钢)M6×47×1孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4996	C03140408701007122850004337	环式外固定支架	(变径套/不锈钢)d5	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4997	C03140408701007122850004365	环式外固定支架	(扭转连接片/不锈钢)d6×41×1×2孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
4998	C03140408701007122850004391	环式外固定支架	(圆形连接片/不锈钢)d7×25×2孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

4999	C03140408701007122850004441	环式外固定支架	(卡玛/不锈钢)/	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5000	C03140408701007122850004475	环式外固定支架	(扭转连接片/不锈钢)d6×51×2×2孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5001	C03140408701007122850004507	环式外固定支架	(扭转连接片/不锈钢)d6×61×2×3孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5002	C03140408701007122850004538	环式外固定支架	(套筒/不锈钢)d6×12	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5003	C03140408701007122850004567	环式外固定支架	(内螺纹扁柱/不锈钢)M6×92×4孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5004	C03140408701007122850004584	环式外固定支架	(内螺纹扁柱/不锈钢)M6×107×5孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5005	C03140408701007122850004597	环式外固定支架	(弹簧/不锈钢)D9×53	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5006	C03140408701007122850004598	环式外固定支架	(弹簧/不锈钢)D9×80	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5007	C03140408701007122850004658	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×60	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5008	C03140408701007122850004667	环式外固定支架	(外螺纹扁柱/不锈钢)M6×34×1孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5009	C03140408701007122850004679	环式外固定支架	(内螺纹方柱/不锈钢)M6×38×3孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5010	C03140408701007122850004689	环式外固定支架	(四棱弯柱/不锈钢)d6×5孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5011	C03140408701007122850004711	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×250	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5012	C03140408701007122850004719	环式外固定支架	(变径套/不锈钢)d4	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5013	C03140408701007122850004762	环式外固定支架	(L型连接片/不锈钢)d6×47×1×3孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5014	C03140408701007122850004806	环式外固定支架	(变径套/不锈钢)d3	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5015	C03140408701007122850004822	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×180	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5016	C03140408701007122850004835	环式外固定支架	(外凸螺纹连接管/不锈钢)D8×50	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5017	C03140408701007122850004875	环式外固定支架	(外螺纹扁柱/不锈钢)M6×73×4孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5018	C03140408701007122850004876	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×100	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5019	C03140408701007122850004879	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×150	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5020	C03140408701007122850004959	环式外固定支架	(内螺纹方柱/不锈钢)M6×49×4孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5021	C03140408701007122850004995	环式外固定支架	(扭转连接片/不锈钢)d6×71×2×4孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5022	C03140408701007122850005012	环式外固定支架	(内螺纹扁柱/不锈钢)M6×62×2孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5023	C03140408701007122850005044	环式外固定支架	(内螺纹扁柱/不锈钢)M6×77×3孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5024	C03140408701007122850005050	环式外固定支架	(外凸螺纹连接管/不锈钢)D8×150	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5025	C03140408701007122850005082	环式外固定支架	(外螺纹扁柱/不锈钢)M6×86×5孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5026	C03140408701007122850005107	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×40	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5027	C03140408701007122850005121	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×120	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5028	C03140408701007122850005150	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×200	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5029	C03140408701007122850005151	环式外固定支架	(双头螺纹连接管/不锈钢)D8×80	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5030	C03140408701007122850005190	环式外固定支架	(圆形连接片/不锈钢)d6×90×6孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5031	C03140408701007122850005199	环式外固定支架	(外凸螺纹连接管/不锈钢)D8×180	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5032	C03140408701007122850005209	环式外固定支架	(外螺纹扁柱/不锈钢)M6×47×2孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5033	C03140408701007122850005226	环式外固定支架	(内螺纹方柱/不锈钢)M6×27×2孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5034	C03140408701007122850005298	环式外固定支架	(扭转连接片/不锈钢)d6×31×1×1孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5035	C03140408701007122850005302	环式外固定支架	(外螺纹扁柱/不锈钢)M6×60×3孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5036	C03140408701007122850005316	环式外固定支架	(外凸螺纹连接管/不锈钢)D8×100	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5037	C03140408701007122850005322	环式外固定支架	(内螺纹方柱/不锈钢)M6×60×5孔	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5038	C03140408701007122850005329	环式外固定支架	(外凸螺纹连接管/不锈钢)D8×120	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5039	C03140408701007122850005363	环式外固定支架	(变径套/不锈钢)d6	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5040	C03140408701007122850005395	环式外固定支架	(外凸螺纹连接管/不锈钢)D8×60	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5041	C03140408701009122850002033	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×12	微动双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5042	C03140408701009122850002053	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×20	微动双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5043	C03140408701009122850002121	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×16	微动双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5044	C03140408701009122850002607	环式外固定支架	(夹针螺钉(六角单槽)/不锈钢)M6×12	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5045	C03140408701009122850002639	环式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)D6×17	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5046	C03140408701009122850002655	环式外固定支架	(夹针螺钉(六角单槽)/不锈钢)M6×15	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5047	C03140408701009122850002691	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×20	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5048	C03140408701009122850002716	环式外固定支架	(夹针螺钉(六角单槽)/不锈钢)M6×10	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5049	C03140408701009122850002723	环式外固定支架	(夹针螺钉(勾钉)/不锈钢)M6×19	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5050	C03140408701009122850002751	环式外固定支架	(夹针螺钉(勾钉)/不锈钢)M6×12	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5051	C03140408701009122850002811	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×12	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5052	C03140408701009122850002886	环式外固定支架	(夹针螺钉(六角单槽)/不锈钢)M6×13	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5053	C03140408701009122850002929	环式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)D6×13	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5054	C03140408701009122850002937	环式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)D6×19	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5055	C03140408701009122850002949	环式外固定支架	(夹针螺钉(六角单槽)/不锈钢)M6×19	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5056	C03140408701009122850002950	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×13	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5057	C03140408701009122850002982	环式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)D6×20	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5058	C03140408701009122850003038	环式外固定支架	(夹针螺钉(勾钉)/不锈钢)M6×15	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5059	C03140408701009122850003063	环式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)D6×12	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5060	C03140408701009122850003071	环式外固定支架	(夹针螺钉(勾钉)/不锈钢)M6×13	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5061	C03140408701009122850003101	环式外固定支架	(夹针螺钉(六角单槽)/不锈钢)M6×16	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5062	C03140408701009122850003110	环式外固定支架	(环形螺钉/不锈钢)D5×18	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5063	C03140408701009122850003115	环式外固定支架	(夹针螺钉(勾钉)/不锈钢)M6×20	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5064	C03140408701009122850003164	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×16	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5065	C03140408701009122850003194	环式外固定支架	(环形螺钉/不锈钢)D5×16	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5066	C03140408701009122850003200	环式外固定支架	(夹针螺钉(勾钉)/不锈钢)M6×17	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5067	C03140408701009122850003269	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×19	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5068	C03140408701009122850003292	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×15	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5069	C03140408701009122850003377	环式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)D6×10	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5070	C03140408701009122850003383	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×10	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5071	C03140408701009122850003384	环式外固定支架	(夹针螺钉(六角单槽)/不锈钢)M6×20	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5072	C03140408701009122850003386	环式外固定支架	(夹针螺钉(勾钉)/不锈钢)M6×16	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5073	C03140408701009122850003400	环式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)D6×15	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5074	C03140408701009122850003447	环式外固定支架	(标准螺钉/不锈钢)D6×16	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5075	C03140408701009122850003458	环式外固定支架	(夹针螺钉(四方孔槽)/不锈钢)M6×17	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5076	C03140408701009122850003461	环式外固定支架	(夹针螺钉(六角单槽)/不锈钢)M6×17	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5077	C03140408704002122850000022	环式外固定支架	(调节螺母/铝合金)d6×15	六轴双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5078	C03140408704007122850000991	环式外固定支架	(连接板/铝合金)d6×122×9孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5079	C03140408704007122850000997	环式外固定支架	(连接板/铝合金)d6×110×8孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5080	C03140408704007122850001012	环式外固定支架	(连接板/铝合金)d6×98×7孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5081	C03140408704007122850001040	环式外固定支架	(连接板/铝合金)d6×74×5孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批
5082	C03140408704007122850001074	环式外固定支架	(连接板/铝合金)d6×86×6孔	骨干双环型	苏械注准20232041266	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定的材料	与骨针配套用，供四肢长骨或骨盆骨折等外固定用。	环式外固定支架由主件（环）、连接件（杆、管、片）、关节器（铰链）、夹针件、紧固件、辅助件及调节器零部件组成。部件单独包装。该产品以无菌和非无菌两种状态提供，一次性使用。无菌产品经辐照无	通过			第11批

5083	C02063400400000248030000001	肺动脉造影球囊导管	K7090	K7090	国械注准20253031015	甲类	004-导管类	否			是	310702020	右心导管检查术	包括右室造影术	导管、导丝	导管	该产品用于向肺动脉内注入对照介质，进行肺动脉内造影。	该产品由球囊导管、旋塞阀和2.5mL注射器组成。其中球囊导管由导管头端、球囊、管体、导管座组成，管体外涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第11批
5084	C02063400400000248030000002	肺动脉造影球囊导管	K8090	K8090	国械注准20253031015	甲类	004-导管类	否			是	310702020	右心导管检查术	包括右室造影术	导管、导丝	导管	该产品用于向肺动脉内注入对照介质，进行肺动脉内造影。	该产品由球囊导管、旋塞阀和2.5mL注射器组成。其中球囊导管由导管头端、球囊、管体、导管座组成，管体外涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第11批
5085	C02063400400000248030000003	肺动脉造影球囊导管	K7110	K7110	国械注准20253031015	甲类	004-导管类	否			是	310702020	右心导管检查术	包括右室造影术	导管、导丝	导管	该产品用于向肺动脉内注入对照介质，进行肺动脉内造影。	该产品由球囊导管、旋塞阀和2.5mL注射器组成。其中球囊导管由导管头端、球囊、管体、导管座组成，管体外涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第11批

5086	C02063400400000248030000004	肺动脉造影球囊导管	K8110	K8110	国械注准20253031015	甲类	004-导管类	否			是	310702020	右心导管检查术	包括右室造影术	导管、导丝	导管	该产品用于向肺动脉内注入对照介质，进行肺动脉内造影。	该产品由球囊导管、旋塞阀和2.5mL注射器组成。其中球囊导管由导管头端、球囊、管体、导管座组成，管体外涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第11批
5087	C02063400400000248030000005	肺动脉造影球囊导管	K6090	K6090	国械注准20253031015	甲类	004-导管类	否			是	310702020	右心导管检查术	包括右室造影术	导管、导丝	导管	该产品用于向肺动脉内注入对照介质，进行肺动脉内造影。	该产品由球囊导管、旋塞阀和2.5mL注射器组成。其中球囊导管由导管头端、球囊、管体、导管座组成，管体外涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第11批
5088	C02063400400000248030000006	肺动脉造影球囊导管	K5110	K5110	国械注准20253031015	甲类	004-导管类	否			是	310702020	右心导管检查术	包括右室造影术	导管、导丝	导管	该产品用于向肺动脉内注入对照介质，进行肺动脉内造影。	该产品由球囊导管、旋塞阀和2.5mL注射器组成。其中球囊导管由导管头端、球囊、管体、导管座组成，管体外涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第11批

5089	C02063400400000248030000007	肺动脉造影球囊导管	K6110	K6110	国械注准20253031015	甲类	004-导管类	否			是	310702020	右心导管检查术	包括右室造影术	导管、导丝	导管	该产品用于向肺动脉内注入对照介质，进行肺动脉内造影。	该产品由球囊导管、旋塞阀和2.5mL注射器组成。其中球囊导管由导管头端、球囊、管体、导管座组成，管体外涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第11批
5090	C02063400400000248030000008	肺动脉造影球囊导管	K5090	K5090	国械注准20253031015	甲类	004-导管类	否			是	310702020	右心导管检查术	包括右室造影术	导管、导丝	导管	该产品用于向肺动脉内注入对照介质，进行肺动脉内造影。	该产品由球囊导管、旋塞阀和2.5mL注射器组成。其中球囊导管由导管头端、球囊、管体、导管座组成，管体外涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第11批

5091	C14010418100002060170000009	固定式宫内节育器	FCu-7	FCu-7	国械注准20163181178	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品固定于妇女子宫腔，用于避孕。	该产品由6个铜套管、不锈钢针、尼龙丝和放置系统（放置杆、放置管、放置针、定位块）组成。铜表面积300±5%平方毫米。铜的纯度为99.99%。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第11批
5092	C14010418100002060170000010	固定式宫内节育器	FCu-8	FCu-8	国械注准20163181178	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品固定于妇女子宫腔，用于避孕。	该产品由6个铜套管、不锈钢针、尼龙丝和放置系统（放置杆、放置管、放置针、定位块）组成。铜表面积300±5%平方毫米。铜的纯度为99.99%。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第11批

5093	C14240203500002057040000023	肠梗阻导管套件	导管：WD-JG-F22-1200 导丝：GW-1.09-2300	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批

5094	C1424020350000205704000024	肠梗阻导管套件	导管：WD-DZ(Ⅱ)-F18-3000 导丝：GW-1.24-3500	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批

5095	C14240203500002057040000028	肠梗阻导管套件	导管：WD-JG-F22-1200 导丝：GW-1.09-3000	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批

5096	C14240203500002057040000037	肠梗阻导管套件	导管：WD-JG-F22-1200 导丝：GW-1.32-3500	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批

5097	C14240203500002057040000039	肠梗阻导管套件	导管：WD-JG-F22-1200 导丝：GW-1.32-3000	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批

5098	C14240203500002057040000040	肠梗阻导管套件	导管：WD-DZ(Ⅱ)-F18-3000 导丝：GW-1.14-3500	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批

5099	C1424020350000205704000004 8	肠梗阻导管套件	导管：WD-DZ(Ⅱ)-F16-3000 导丝：GW-1.32-3500	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批

5100	C1424020350000205704000004 9	肠梗阻导管套件	导管：WD-DZ(Ⅱ)-F16-3000 导丝：GW-1.14-3500	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批

5101	C14240203500002057040000053	肠梗阻导管套件	导管：WD-DZ(Ⅱ)-F16-3000 导丝：GW-1.24-3500	标准型	鄂械注准20242145076		035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供临床用于肠梗阻病症患者肠内减压，引出残渣、液气体，药液注入。	肠梗阻导管套件分为基础型和标准型。其中基础型由肠梗阻导管、接头配件组成；标准型由肠梗阻导管、导丝和接头配件组成。肠梗阻导管有四种不同的结构，分别为普通式、前导子Ⅰ式、前导子Ⅱ式和经肛式。普通式肠梗阻导管由顶端、球囊、侧孔、管身、球囊阀、补气阀、吸引腔、封止	不通过	该标准型扩大范围或打包其他组件且四种不同的结构无法区分什么是基础型不通过，		第11批
5102	C17010121602000160990000003	海藻酸钠修护敷料	300g	ASRM(G)-07	陕械注准20212140109	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	适用于非慢性创面（激光/光子/化学换肤后皮肤创面、皮炎湿疹、敏感性肌肤、痤疮）及周围皮肤的护理。	本产品由海藻酸钠、海藻糖、甘油、单双硬脂酸甘油酯、十六十八醇、纯化水组成，无菌提供。	通过			第11批

5103	C17010121602000160990000006	海藻酸钠修护敷料	80g	ASRM(G)-05	陕械注准20212140109	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	适用于非慢性创面（激光/光子/化学换肤后皮肤创面、皮炎湿疹、敏感性肌肤、痤疮）及周围皮肤的护理。	本产品由海藻酸钠、海藻糖、甘油、单双硬脂酸甘油酯、十六十八醇、纯化水组成，无菌提供。	通过			第11批
5104	C14020227100019114220000002	一次性使用体表导管固定装置	70×60	RP-GD-CIV	陕械注准20212140151	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于人体皮肤表面导管的固定。	本产品分为RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型、RP-GD-AⅢ型、RP-GD-BⅣ型、RP-GD-BⅤ型、RP-GD-BⅨ、RP-GD-BⅩ、RP-GD-CⅣ型、RP-GD-CⅥ型、RP-GD-CⅦ型和RP-GD-CⅧ型，共十一种型号；其中RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型和RP-GD-AⅢ型由涂有医用压敏胶的丝绸胶带和泡棉胶带、离型纸、固定座、固定柱	通过			第11批

5105	C14020227100019114220000005	一次性使用体表导管固定装置	50×40	RP-GD-BIV	陕械注准20212140151	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于人体皮肤表面导管的固定。	本产品分为RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型、RP-GD-AⅢ型、RP-GD-BⅣ型、RP-GD-BⅤ型、RP-GD-BⅨ、RP-GD-BⅩ、RP-GD-CⅣ型、RP-GD-CⅥ型、RP-GD-CⅦ型和RP-GD-CⅧ型，共十一种型号；其中RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型和RP-GD-AⅢ型由涂有医用压敏胶的丝绸胶带和泡棉胶带、离型纸、固定座、固定柱	通过			第11批

5106	C14020227100019114220000006	一次性使用体表导管固定装置	75×35	RP-GD-AI	陕械注准20212140151	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于人体皮肤表面导管的固定。	本产品分为RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型、RP-GD-AⅢ型、RP-GD-BⅣ型、RP-GD-BⅤ型、RP-GD-BⅨ、RP-GD-BⅩ、RP-GD-CⅣ型、RP-GD-CⅥ型、RP-GD-CⅦ型和RP-GD-CⅧ型，共十一种型号；其中RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型和RP-GD-AⅢ型由涂有医用压敏胶的丝绸胶带和泡棉胶带、离型纸、固定座、固定柱	通过			第11批

5107	C14020227100019114220000009	一次性使用体表导管固定装置	120×100	RP-GD-BIV	陕械注准20212140151	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于人体皮肤表面导管的固定。	本产品分为RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型、RP-GD-AⅢ型、RP-GD-BⅣ型、RP-GD-BⅤ型、RP-GD-BⅨ、RP-GD-BⅩ、RP-GD-CⅣ型、RP-GD-CⅥ型、RP-GD-CⅦ型和RP-GD-CⅧ型，共十一种型号；其中RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型和RP-GD-AⅢ型由涂有医用压敏胶的丝绸胶带和泡棉胶带、离型纸、固定座、固定柱	通过			第11批

5108	C14020227100019114220000010	一次性使用体表导管固定装置	120×100	RP-GD-CIV	陕械注准20212140151	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于人体皮肤表面导管的固定。	本产品分为RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型、RP-GD-AⅢ型、RP-GD-BⅣ型、RP-GD-BⅤ型、RP-GD-BⅨ、RP-GD-BⅩ、RP-GD-CⅣ型、RP-GD-CⅥ型、RP-GD-CⅦ型和RP-GD-CⅧ型，共十一种型号；其中RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型和RP-GD-AⅢ型由涂有医用压敏胶的丝绸胶带和泡棉胶带、离型纸、固定座、固定柱	通过			第11批

5109	C14020227100019114220000013	一次性使用体表导管固定装置	70×60	RP-GD-BIV	陕械注准20212140151	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于人体皮肤表面导管的固定。	本产品分为RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型、RP-GD-AⅢ型、RP-GD-BⅣ型、RP-GD-BⅤ型、RP-GD-BⅨ、RP-GD-BⅩ、RP-GD-CⅣ型、RP-GD-CⅥ型、RP-GD-CⅦ型和RP-GD-CⅧ型，共十一种型号；其中RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型和RP-GD-AⅢ型由涂有医用压敏胶的丝绸胶带和泡棉胶带、离型纸、固定座、固定柱	通过			第11批

5110	C14020227100019114220000014	一次性使用体表导管固定装置	75×100	RP-GD-CVⅡ	陕械注准20212140151	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于人体皮肤表面导管的固定。	本产品分为RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型、RP-GD-AⅢ型、RP-GD-BⅣ型、RP-GD-BⅤ型、RP-GD-BⅨ、RP-GD-BⅩ、RP-GD-CⅣ型、RP-GD-CⅥ型、RP-GD-CⅦ型和RP-GD-CⅧ型，共十一种型号；其中RP-GD-AⅠ型、RP-GD-AⅡ型和RP-GD-AⅢ型由涂有医用压敏胶的丝绸胶带和泡棉胶带、离型纸、固定座、固定柱	通过			第11批

5111	C14020227100019114220000028	透明固定敷贴	B 70×60	B 70×60	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5112	C14020227100019114220000029	透明固定敷贴	B 50×40	B 50×40	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4. 注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5113	C14020227100019114220000030	透明固定敷贴	B 120×100	B 120×100	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5114	C14020227100019114220000031	透明固定敷贴	A 70×60	A 70×60	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4. 注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5115	C14020227100019114220000032	透明固定敷贴	A 120×100	A 120×100	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5116	C14020227100019114220000065	透明固定敷贴	B 50×40 Y2	B 50×40 Y2	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4. 注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5117	C14020227100019114220000066	透明固定敷贴	B 70×60 Y2	B 70×60 Y2	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5118	C14020227100019114220000067	透明固定敷贴	B 70×60 Y5	B 70×60 Y5	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5119	C14020227100019114220000068	透明固定敷贴	B 120×100 Y2	B 120×100 Y2	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5120	C14020227100019114220000069	透明固定敷贴	B 120×100 Y5	B 120×100 Y5	陕械注准20252140041	丙类	271-导管固定类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于穿刺器械的穿刺部位护理以及医用导管的固定。	该产品分为A型和B型两种。A型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨酯膜）和可剥离的保护层（离型纸）组成；B型由涂胶基材（涂有医用压敏胶的聚氨脂膜）、可剥离的保护层（离型纸）、粘扣和医用无菌敷料（可选件）组成，其中粘扣由尼龙毛刺、泡棉胶带和离型纸组成，医用无菌敷	通过			第11批

5121	C14050100500000061460000298	一次性射频消融电极	SM-SPJ-M12Y	SM-SPJ-M12Y	陕械注准20222010182	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品用于与等离子体主机、射频主机、高频电刀等高频设备连接使用，起到对软组织的汽化、切割、消融、凝血和对血管的夹闭止血作用。	该产品由电极、手柄、电缆线、连接器、注水管路(选配)、吸引管路(选配)组成，其中M系列W结构无电缆线:选配件:引导针、导丝、斜口工作套管、锥形扩张导管和环钻。引导针由针座、衬芯座、内针、外针管和保护套组成;斜口工作套管、锥形扩张导管和环钻由手柄和外管组成。	通过			第11批

5122	C14050100500000061460000376	一次性射频消融电极	SM-SPJ-M15Y	SM-SPJ-M15Y	陕械注准20222010182	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品用于与等离子体主机、射频主机、高频电刀等高频设备连接使用，起到对软组织的汽化、切割、消融、凝血和对血管的夹闭止血作用。	该产品由电极、手柄、电缆线、连接器、注水管路(选配)、吸引管路(选配)组成，其中M系列W结构无电缆线:选配件:引导针、导丝、斜口工作套管、锥形扩张导管和环钻。引导针由针座、衬芯座、内针、外针管和保护套组成;斜口工作套管、锥形扩张导管和环钻由手柄和外管组成。	通过			第11批

5123	C01031800400001157530000001	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管	/	SUC-2B-B	苏械注准20212061231	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	导管	与本公司内窥镜图像处理装置（HDVS-S100A、HDVS-S100B、HDVS-S100C、HDVS-S100D)配合使用，通过视频监视器提供影像，经尿道插入输尿管、肾盂内，对输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗用，不可与高频配件配	产品由插入部、操作部(止液阀、吸引按钮、上下角度控制旋钮）和插头部组成。止液阀80460、止液阀T-001、止液阀Y-001可选配。	通过			第11批
5124	C01031800400001157530000003	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管	/	SUC-2C-B	苏械注准20212061231	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	导管	与本公司内窥镜图像处理装置（HDVS-S100A、HDVS-S100B、HDVS-S100C、HDVS-S100D)配合使用，通过视频监视器提供影像，经尿道插入输尿管、肾盂内，对输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗用，不可与高频配件配	产品由插入部、操作部(止液阀、吸引按钮、上下角度控制旋钮）和插头部组成。止液阀80460、止液阀T-001、止液阀Y-001可选配。	通过			第11批

5125	C01031800400001157530000008	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管	/	SUC-2A-B	苏械注准20212061231	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	导管	与本公司内窥镜图像处理装置（HDVS-S100A、HDVS-S100B、HDVS-S100C、HDVS-S100D)配合使用，通过视频监视器提供影像，经尿道插入输尿管、肾盂内，对输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗用，不可与高频配件配合使用	产品由插入部、操作部(止液阀、吸引按钮、上下角度控制旋钮）和插头部组成。止液阀80460、止液阀T-001、止液阀Y-001可选配。	通过			第11批
5126	C01031700400000157530000001	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管	SUV-2A-B	SUV-2A-B	苏械注准20212061325	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	导管	与本公司内窥镜图像处理装置（HDVS-S100A、HDVS-S100B、HDVS-S100C、HDVS-S100D)配合使用，通过视频监视器提供影像，经尿道插入输尿管、肾盂内，对输尿管、肾盂进行观察、诊断或治疗中成像。不可与高频配件配合使用	产品由插入部、操作部(止液阀、吸引按钮、上下角度控制旋钮）和插头部组成。止液阀80460、止液阀T-001、止液阀Y-001可选配。	通过			第11批

5127	C01031800400001157530000011	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管	/	SUV-2B-B	苏械注准20212061325	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	导管	与本公司内窥镜图像处理装置（HDVS-S100A、HDVS-S100B、HDVS-S100C、HDVS-S100D)配合使用，通过视频监视器提供影像，经尿道插入输尿管、肾盂内，对输尿管、肾盂进行观察、诊断或治疗中成像。不可与高频配件配合	产品由插入部、操作部(止液阀、吸引按钮、上下角度控制旋钮）和插头部组成。止液阀80460、止液阀T-001、止液阀Y-001可选配。	通过			第11批
5128	C01031800400001157530000012	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管	/	SUV-2C-B	苏械注准20212061325	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	导管	与本公司内窥镜图像处理装置（HDVS-S100A、HDVS-S100B、HDVS-S100C、HDVS-S100D)配合使用，通过视频监视器提供影像，经尿道插入输尿管、肾盂内，对输尿管、肾盂进行观察、诊断或治疗中成像。不可与高频配件配合	产品由插入部、操作部(止液阀、吸引按钮、上下角度控制旋钮）和插头部组成。止液阀80460、止液阀T-001、止液阀Y-001可选配。	通过			第11批

5129	C14010418100002014110000001	含铜宫腔形宫内节育器	20X22型（中）	GCu 250	国械注准20183181800	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品适用于子宫腔内避孕。	该产品基体原材料为0Cr18Ni9或1Cr18N19Ti不锈钢丝，铜螺管的原材料为纯度为99.99%的铜线。铜表面积标称值为250mm2。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第11批
5130	C14010418100002014110000002	含铜宫腔形宫内节育器	18X20型（小）	GCu 250	国械注准20183181800	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品适用于子宫腔内避孕。	该产品基体原材料为0Cr18Ni9或1Cr18N19Ti不锈钢丝，铜螺管的原材料为纯度为99.99%的铜线。铜表面积标称值为250mm2。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第11批

5131	C14010418100002014110000003	含铜宫腔形宫内节育器	22X24型（大）	GCu 250	国械注准20183181800	丙类	181-避孕材料类	否			是	311201048	宫内节育器放置术	包括取出术	特殊节育环	特殊节育环	该产品适用于子宫腔内避孕。	该产品基体原材料为0Cr18Ni9或1Cr18N19Ti不锈钢丝，铜螺管的原材料为纯度为99.99%的铜线。铜表面积标称值为250mm2。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第11批
5132	C03470411000000049590000009	活性生物骨	粒径0.25～1mm,0.4g/瓶	ZHG-KL-0.4-A	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批

5133	C03470411000000049590000010	活性生物骨	粒径0.25～1mm,0.7g/瓶	ZHG-KL-0.7-A	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批
5134	C03470411000000049590000011	活性生物骨	粒径1～2mm,0.3g/瓶	ZHG-KL-0.3-B	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批

5135	C03470411000000049590000012	活性生物骨	粒径0.25～1mm,0.2g/瓶	ZHG-KL-0.2-A	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批
5136	C03470411000000049590000014	活性生物骨	粒径2～6mm,0.5g/瓶	ZHG-KL-0.5-C	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批

5137	C03470411000000049590000017	活性生物骨	粒径2～6mm,0.3g/瓶	ZHG-KL-0.3-C	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批
5138	C03470411000000049590000018	活性生物骨	粒径1～2mm,0.2g/瓶	ZHG-KL-0.2-B	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批

5139	C03470411000000049590000021	活性生物骨	粒径2～6mm,0.2g/瓶	ZHG-KL-0.2-C	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批
5140	C03470411000000049590000022	活性生物骨	粒径1～2mm,0.7g/瓶	ZHG-KL-0.7-B	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批

5141	C03470411000000049590000023	活性生物骨	粒径2～6mm,0.4g/瓶	ZHG-KL-0.4-C	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第11批
5142	C17010821605000100430000004	皮肤修复贴敷料	RF-2	RF-2	苏械注准20162140680	丙类	216-敷料类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	适用于中轻度炎症较轻痤疮、痤疮愈后早期色素沉着；对治疗皮肤过敏，促进皮肤修复有辅助疗效。	皮肤修复贴敷料由1.5-2.0mg/ml的胶原蛋白原液(含少量医用防腐剂和少量医用矫味剂)和无纺布组成。外形分为椭圆形、圆形、方形三种规格。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌或湿热灭菌一次	通过			第11批

5143	C14020118200000009000000011	一次性使用雾化器	小号面罩	面罩型	苏械注准20162080783	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	临床供雾化吸入治疗时用。	一次性使用雾化器按结构不同分为面罩型、咬嘴型二种形式，面罩型由雾化杯、面罩、接头（可无）、输氧管组成；咬嘴型由雾化杯、咬嘴和/或面罩、接头（可无）、转换接头（可无）、输氧管组成。面罩大小可分为特大号、大号、中号、小号四种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第11批

5144	C14020118200000009000000015	一次性使用雾化器	小号面罩	咬嘴型	苏械注准20162080783	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	临床供雾化吸入治疗时用。	一次性使用雾化器按结构不同分为面罩型、咬嘴型二种形式，面罩型由雾化杯、面罩、接头（可无）、输氧管组成；咬嘴型由雾化杯、咬嘴和/或面罩、接头（可无）、转换接头（可无）、输氧管组成。面罩大小可分为特大号、大号、中号、小号四种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第11批

5145	C14020118200000009000000017	一次性使用雾化器	大号面罩	咬嘴型	苏械注准20162080783	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	临床供雾化吸入治疗时用。	一次性使用雾化器按结构不同分为面罩型、咬嘴型二种形式，面罩型由雾化杯、面罩、接头（可无）、输氧管组成；咬嘴型由雾化杯、咬嘴和/或面罩、接头（可无）、转换接头（可无）、输氧管组成。面罩大小可分为特大号、大号、中号、小号四种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第11批

5146	C02062900400004243390000001	外周静脉取栓支架系统-取栓鞘管	50-101	50-101	国械注进20253030131	丙类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由ClotTriever取栓鞘管和ClotTriever取栓支架组成，取栓鞘管组件包括鞘管、扩张器、预扩张器、装载工具、大口径抽吸注射器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5147	C02062900400004243390000002	外周静脉取栓支架系统-取栓鞘管	51-101	51-101	国械注进20253030131	丙类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于有下述情况的下肢深静脉血栓形成（DVT）的经导管血栓清除治疗：（1）急性期髂股和股腘静脉DVT；（2）亚急性期髂股静脉DVT。	该产品由ClotTriever取栓鞘管和ClotTriever取栓支架组成，取栓鞘管组件包括鞘管、扩张器、预扩张器、装载工具、大口径抽吸注射器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5148	C02062701500002243390000001	亲水涂层导引鞘	52-101	52-101	国械注进20242030608	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品用于提供通道，以便将血管内介入器械插入血管系统，同时尽可能减少插入引起的失血。	该产品导引鞘由一根带亲水性涂层的单腔短导管、一个近端止血阀和一个带冲洗端口的三通旋阀组成。鞘管覆有亲水性涂层，以便于插入血管系统；不透射线标记位于鞘管远端头端附近，以辅助透视显影。扩张器与0.035″导丝兼容，具有锥形前缘，有助于鞘管插入和定位。扩张器连接至	通过			第11批

5149	C02061300114036243390000001	肺动脉取栓系统-取栓支架	10-104	10-104	国械注进20253030265	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5150	C02061300114036243390000002	肺动脉取栓系统-取栓支架	10-102	10-102	国械注进20253030265	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5151	C02061300114036243390000003	肺动脉取栓系统-取栓支架	10-101	10-101	国械注进20253030265	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5152	C02061300114036243390000004	肺动脉取栓系统-取栓支架	10-103	10-103	国械注进20253030265	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5153	C02062900400012243390000001	肺动脉取栓系统-抽吸导管	21-101	21-101	国械注进20253030265	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5154	C02062900400012243390000002	肺动脉取栓系统-抽吸导管	25-101	25-101	国械注进20253030265	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5155	C02062900400012243390000003	肺动脉取栓系统-抽吸导管	21-201	21-201	国械注进20253030265	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5156	C02062900400012243390000004	肺动脉取栓系统-抽吸导管	22-101	22-101	国械注进20253030265	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5157	C02064900000002433900000002	肺动脉取栓系统-血液回收装置	80-101	80-101	国械注进20253030265	丙类	000--	否			是	HKY89309	一个半心室矫治术	正中开胸，建立体外循环，切开右心房，探查心内畸形，如无其它畸形，将上腔静脉(含双上腔)切断，近心端封闭，远心端与肺动脉端侧吻合，矫治心内畸形，如室间隔缺损修补，房间隔缺损修补等，关闭切口，逐渐撤离体外循环，留置引流管，止血，钢丝固定胸骨，关胸	补片，带针胸骨钢丝，心包引流管，心房测压管，起搏导线，血液回收装置，特殊缝线，植物止血材料	血液回收装置	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批

5158	C02071207300003243390000002	肺动脉取栓系统-可调节静脉压迫止血器	70-102	70-102	国械注进20253030265	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		压迫止血器	该产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：（1）有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；（2）有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。	该产品由FlowTriever取栓支架，Triever抽吸导管，FlowSaver血液回收装置，大口径抽吸注射器和FlowStasis可调节静脉压迫止血器组成。产品经环氧乙烷灭菌。一次性使用，产品货架有效期2年。	通过			第11批
5159	C04070812100032112970000001	脑脊液分流管及附件-可调压分流阀	可调压式微型阀，无导管	823112	国械注进20173131104	丙类	121-分流装置类	否			是	330201019	侧脑室分流术	含分流管调整；包括侧脑室-心房分流术、侧脑室-膀胱分流术、侧脑室-腹腔分流术	分流管	分流管	用于脑积水引流治疗使用。	产品植入体部分，由储液囊，硅橡胶导管和Codman Hakim可调压阀组成，配套使用组件包括连接器、防虹	通过			第11批

5160	C14160900400000091610000071	直肠测压导管	3.3mm(F10)	双腔型	苏械注准20172141708	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力学分析仪配套，供临床直肠内压力(腹压)的传递和测量用。	直肠测压导管主要由主导管、分支导管和塑料配件[分叉接头、分支接口、保护帽、护套管（选配）]、球囊组成。直肠测压导管按结构不同可分为：双腔型、三腔型、五腔型、九腔型。双腔型和三腔型按主导管外径不同可分为九种规格；五腔型和九腔型按主导管外径不同可分为七种规格	通过			第11批

5161	C14160800400000091610000031	一次性使用尿动力学导管	NCY-F10	双腔球囊型	苏械注准20182140140	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪器配套使用，供临床尿动力检测用。	一次性使用尿动力学导管主要由测压管和连接管组成，其中测压管由主导管、分支导管及塑料配件[分叉接头、分支接口、保护帽、护套管（选配）、导芯（选配）]、球囊（选配）组成，连接管由导管、泵管及塑料配件[瓶塞穿刺器、夹子、锁定公接头、锁定母接头、滴瓶、公接头保护帽、	通过			第11批

5162	C14160800400000091610000033	一次性使用尿动力学导管	NCY-F7	双腔普通型	苏械注准20182140140	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪器配套使用，供临床尿动力检测用。	一次性使用尿动力学导管主要由测压管和连接管组成，其中测压管由主导管、分支导管及塑料配件[分叉接头、分支接口、保护帽、护套管（选配）、导芯（选配）]、球囊（选配）组成，连接管由导管、泵管及塑料配件[瓶塞穿刺器、夹子、锁定公接头、锁定母接头、滴瓶、公接头保护帽、	通过			第11批

5163	C14160800400000091610000037	一次性使用尿动力学导管	NCY-F8	双腔普通型	苏械注准20182140140	丙类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与尿动力仪器配套使用，供临床尿动力检测用。	一次性使用尿动力学导管主要由测压管和连接管组成，其中测压管由主导管、分支导管及塑料配件[分叉接头、分支接口、保护帽、护套管（选配）、导芯（选配）]、球囊（选配）组成，连接管由导管、泵管及塑料配件[瓶塞穿刺器、夹子、锁定公接头、锁定母接头、滴瓶、公接头保护帽、	通过			第11批
5164	C14170303501004045160000003	一次性使用腹腔吸引管	小头	直型	豫械注准20172020867	乙类	035-引流装置类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	与医用负压设备配套，供腹腔手术吸引体液、手术残液管用	由吸引手柄、吸引连接管组成。	通过		限手术病人	第11批
5165	C02071507500000229550000002	高压造影注射延长管	TH-1401R	TH-1401R	湘械注准20242030639	丙类	075-注射套装类	否			是	2103	3．X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	增强扫描用注射耗材	本产品与高压造影注射器系统管路配套使用，用于注射造影剂。本产品为一次性使	由单向阀(PC)、高压连接管(PVC)和接头(PC)组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
5166	C02071507500000229550000004	高压造影注射延长管	TH-1202	TH-1202	湘械注准20242030639	丙类	075-注射套装类	否			是	2103	3．X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	增强扫描用注射耗材	本产品与高压造影注射器系统管路配套使用，用于注射造影剂。本产品为一次性使	由单向阀(PC)、高压连接管(PVC)和接头(PC)组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5167	C02071507500000229550000005	高压造影注射延长管	TH-1301R	TH-1301R	湘械注准20242030639	丙类	075-注射套装类	否			是	2103	3. X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	增强扫描用注射耗材	本产品与高压造影注射器系统管路配套使用，用于注射造影剂。本产品为一次性使	由单向阀(PC)、高压连接管(PVC)和接头(PC)组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
5168	C02071507500000229550000006	高压造影注射延长管	TH-1202R	TH-1202R	湘械注准20242030639	丙类	075-注射套装类	否			是	2103	3. X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	增强扫描用注射耗材	本产品与高压造影注射器系统管路配套使用，用于注射造影剂。本产品为一次性使	由单向阀(PC)、高压连接管(PVC)和接头(PC)组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
5169	C02071507500000229550000009	高压造影注射延长管	TH-1201R	TH-1201R	湘械注准20242030639	丙类	075-注射套装类	否			是	2103	3. X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	增强扫描用注射耗材	本产品与高压造影注射器系统管路配套使用，用于注射造影剂。本产品为一次性使	由单向阀(PC)、高压连接管(PVC)和接头(PC)组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
5170	C02071507500000229550000010	高压造影注射延长管	TH-1302R	TH-1302R	湘械注准20242030639	丙类	075-注射套装类	否			是	2103	3. X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	增强扫描用注射耗材	本产品与高压造影注射器系统管路配套使用，用于注射造影剂。本产品为一次性使	由单向阀(PC)、高压连接管(PVC)和接头(PC)组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
5171	C02071507500000229550000011	高压造影注射延长管	TH-1302	TH-1302	湘械注准20242030639	丙类	075-注射套装类	否			是	2103	3. X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	增强扫描用注射耗材	本产品与高压造影注射器系统管路配套使用，用于注射造影剂。本产品为一次性使	由单向阀(PC)、高压连接管(PVC)和接头(PC)组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批
5172	C02071507500000229550000012	高压造影注射延长管	TH-1402R	TH-1402R	湘械注准20242030639	丙类	075-注射套装类	否			是	2103	3. X线计算机体层(CT)扫描	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射器耗材	增强扫描用注射耗材	本产品与高压造影注射器系统管路配套使用，用于注射造影剂。本产品为一次性使	由单向阀(PC)、高压连接管(PVC)和接头(PC)组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5173	C01050702100002206400000001	一次性使用微波消融针	DH-Z-A-0	DH-Z-A-0	国械注准20253010945	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	与本公司生产微波消融仪（型号DH-PMCT-1，软件版本V1）配合使用，用于肝肿瘤及甲状腺良性结节的消融。各型号应用部位见技术要求。	产品由消融针、测温针（部分型号含）、微波输出线缆组成。	通过			第11批

5174	C01050702100002206400000002	一次性使用微波消融针	DH-Z-B-0	DH-Z-B-0	国械注准20253010945	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	与本公司生产微波消融仪（型号DH-PMCT-1，软件版本V1）配合使用，用于肝肿瘤及甲状腺良性结节的消融。各型号应用部位见技术要求。	产品由消融针、测温针（部分型号含）、微波输出线缆组成。	通过			第11批

5175	C01050702100002206400000003	一次性使用微波消融针	DH-L-C-0	DH-L-C-0	国械注准20253010945	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	与本公司生产微波消融仪（型号DH-PMCT-1，软件版本V1）配合使用，用于肝肿瘤及甲状腺良性结节的消融。各型号应用部位见技术要求。	产品由消融针、测温针（部分型号含）、微波输出线缆组成。	通过			第11批

5176	C01050702100002206400000004	一次性使用微波消融针	DH-Z-A-1	DH-Z-A-1	国械注准20253010945	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	与本公司生产微波消融仪（型号DH-PMCT-1，软件版本V1）配合使用，用于肝肿瘤及甲状腺良性结节的消融。各型号应用部位见技术要求。	产品由消融针、测温针（部分型号含）、微波输出线缆组成。	通过			第11批

5177	C01050702100002206400000005	一次性使用微波消融针	DH-Z-B-1	DH-Z-B-1	国械注准20253010945	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	与本公司生产微波消融仪（型号DH-PMCT-1，软件版本V1）配合使用，用于肝肿瘤及甲状腺良性结节的消融。各型号应用部位见技术要求。	产品由消融针、测温针（部分型号含）、微波输出线缆组成。	通过			第11批

5178	C01050702100002206400000006	一次性使用微波消融针	DH-L-C-1	DH-L-C-1	国械注准20253010945	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	与本公司生产微波消融仪（型号DH-PMCT-1，软件版本V1）配合使用，用于肝肿瘤及甲状腺良性结节的消融。各型号应用部位见技术要求。	产品由消融针、测温针（部分型号含）、微波输出线缆组成。	通过			第11批

5179	C14230120200001100210010602	一次性使用带防针刺针微孔过滤输液器	26Gmm、24Gmm、22Gmm、20Gmm、18Gmm	S-5W-3	国械注准20223140821	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	精密输液器	本产品适用于静脉输液。只适用于重力输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、管路、三通、滴管、滴斗、免倒置组件、流量调节器（可选配）、微调式流量调节器（可选配）、注射件（可选配）、止流夹、精密药液过滤器（2.0um、3.0um、5.0um）、外圆锥接头、可留置软管针组成。可留置软管针由输液	通过			第11批

5180	C14230120200001100210010624	一次性使用带防针刺针微孔过滤输液器	26Gmm、24Gmm、22Gmm、20Gmm、18Gmm	S-R5-8	国械注准20223140821	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	精密输液器	本产品适用于静脉输液。只适用于重力输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、管路、三通、滴管、滴斗、免倒置组件、流量调节器（可选配）、微调式流量调节器（可选配）、注射件（可选配）、止流夹、精密药液过滤器（2.0um、3.0um、5.0um）、外圆锥接头、可留置软管针组成。可留置软管针由输液	通过			第11批

5181	C14230120200001100210010634	一次性使用带防针刺针微孔过滤输液器	26Gmm、24Gmm、22Gmm、20Gmm、18Gmm	S-5W-8	国械注准20223140821	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	精密输液器	本产品适用于静脉输液。只适用于重力输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、管路、三通、滴管、滴斗、免倒置组件、流量调节器（可选配）、微调式流量调节器（可选配）、注射件（可选配）、止流夹、精密药液过滤器（2.0um、3.0um、5.0um）、外圆锥接头、可留置软管针组成。可留置软管针由输液	通过			第11批

5182	C14230120200001100210010643	一次性使用带防针刺针微孔过滤输液器	26Gmm、24Gmm、22Gmm、20Gmm、18Gmm	S-R5-5	国械注准20223140821	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	精密输液器	本产品适用于静脉输液。只适用于重力输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、管路、三通、滴管、滴斗、免倒置组件、流量调节器（可选配）、微调式流量调节器（可选配）、注射件（可选配）、止流夹、精密药液过滤器（2.0um、3.0um、5.0um）、外圆锥接头、可留置软管针组成。可留置软管针由输液	通过			第11批

5183	C14230120200001100210010658	一次性使用带防针刺针微孔过滤输液器	26Gmm、24Gmm、22Gmm、20Gmm、18Gmm	DS-R5W-8	国械注准20223140821	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	精密输液器	本产品适用于静脉输液。只适用于重力输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、管路、三通、滴管、滴斗、免倒置组件、流量调节器（可选配）、微调式流量调节器（可选配）、注射件（可选配）、止流夹、精密药液过滤器（2.0um、3.0um、5.0um）、外圆锥接头、可留置软管针组成。可留置软管针由输液	通过			第11批

5184	C14230120200001100210010681	一次性使用带防针刺针微孔过滤输液器	26Gmm、24Gmm、22Gmm、20Gmm、18Gmm	DS-R5W-3	国械注准20223140821	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	精密输液器	本产品适用于静脉输液。只适用于重力输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件、管路、三通、滴管、滴斗、免倒置组件、流量调节器（可选配）、微调式流量调节器（可选配）、注射件（可选配）、止流夹、精密药液过滤器（2.0um、3.0um、5.0um）、外圆锥接头、可留置软管针组成。可留置软管针由输液	通过			第11批

5185	C01050602100001045640000355	陡脉冲治疗设备-一次性使用陡脉冲消融电极	CNST1925	CNST1925	国械注准20253090551	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	该产品在医疗机构使用，用于肝脏实体肿瘤的消融。	该产品由主机、一次性使用陡脉冲消融电极、一次性使用电阻式中性电极、一次性使用夹针器和脚踏开关组成。	通过			第11批

5186	C01050602100001045640000357	陡脉冲治疗设备-一次性使用陡脉冲消融电极	CNST1915	CNST1915	国械注准20253090551	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	该产品在医疗机构使用，用于肝脏实体肿瘤的消融。	该产品由主机、一次性使用陡脉冲消融电极、一次性使用电阻式中性电极、一次性使用夹针器和脚踏开关组成。	通过			第11批

5187	C01050602100001045640000361	陡脉冲治疗设备-一次性使用陡脉冲消融电极	CNST1915A	CNST1915A	国械注准20253090551	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	该产品在医疗机构使用，用于肝脏实体肿瘤的消融。	该产品由主机、一次性使用陡脉冲消融电极、一次性使用电阻式中性电极、一次性使用夹针器和脚踏开关组成。	通过			第11批

5188	C01050602100001045640000362	陡脉冲治疗设备-一次性使用陡脉冲消融电极	CNST1913A	CNST1913A	国械注准20253090551	甲类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	该产品在医疗机构使用，用于肝脏实体肿瘤的消融。	该产品由主机、一次性使用陡脉冲消融电极、一次性使用电阻式中性电极、一次性使用夹针器和脚踏开关组成。	通过			第11批
5189	C14230801000000103180000002	一次性使用微量泵前管	M-A-100	M-A-100	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭	通过			第11批

5190	C14230801000000103180000003	一次性使用微量泵前管	M-A-150	M-A-150	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批
5191	C14230801000000103180000004	一次性使用微量泵前管	M-A-200	M-A-200	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批

5192	C14230801000000103180000005	一次性使用微量泵前管	M-A-250	M-A-250	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批
5193	C14230801000000103180000006	一次性使用微量泵前管	M-B-50	M-B-50	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批

5194	C14230801000000103180000007	一次性使用微量泵前管	M-B-100	M-B-100	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批
5195	C14230801000000103180000008	一次性使用微量泵前管	M-B-150	M-B-150	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批

5196	C14230801000000103180000009	一次性使用微量泵前管	M-B-200	M-B-200	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批
5197	C14230801000000103180000010	一次性使用微量泵前管	M-B-250	M-B-250	国械注准20223141327	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	适用于在注射泵输液中延长液体输注的路径。	一次性使用微量泵前管由管路、鲁尔接头、保护套组成；管路由低密度聚？烯材料（LDPE）制成，鲁尔接头由高密度聚乙烯材料（HDPE）制成，保护套由聚丙烯材料（PP）制成。本产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第11批

5198	C14250621000000103180000174	一次性使用呼吸过滤器套件	L7	E-DSA-CM	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批
5199	C14250621000000103180000266	一次性使用呼吸过滤器套件	L5	E-DBA-M	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批
5200	C14250621000000103180000303	一次性使用呼吸过滤器套件	L4	E-DBA-QW	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批

5201	C14250621000000103180000429	一次性使用呼吸过滤器套件	L7	E-DSC-CM	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批
5202	C14250621000000103180000595	一次性使用呼吸过滤器套件	L2	E-DBA-C	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批
5203	C14250621000000103180000819	一次性使用呼吸过滤器套件	L3	E-DSC-CM	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批

5204	C14250621000000103180001209	一次性使用呼吸过滤器套件	L3	E-DBA-QW	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批
5205	C14250621000000103180001287	一次性使用呼吸过滤器套件	L5	E-DBA-CM	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批
5206	C14250621000000103180001498	一次性使用呼吸过滤器套件	L4	E-DSC-CM	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批

5207	C14250621000000103180001570	一次性使用呼吸过滤器套件	L4	E-DBA-C	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批
5208	C14250621000000103180001592	一次性使用呼吸过滤器套件	L3	E-DBA-C	浙械注准20222080237	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	与麻醉呼吸设备相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。	产品由基本配置和选配件组成。基本配置有：过滤器、麻醉呼吸管路。选配件有：储气囊和对应的转换接头、麻醉面罩、气体取样管、积	通过			第11批
5209	C14100424700001103180000062	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-ASC3M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5210	C14100424700001103180000097	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-CSG2M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5211	C14100424700001103180000120	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-ASG2M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5212	C14100424700001103180000125	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-CSC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5213	C14100424700001103180000157	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-ABC3M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5214	C14100424700001103180000186	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-CBC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5215	C14100424700001103180000190	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-ASC3G2M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5216	C14100424700001103180000444	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-CSC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5217	C14100424700001103180000628	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-CSG2M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5218	C14100424700001103180000996	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-ASC3M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5219	C14100424700001103180001076	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-ASG2M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5220	C14100424700001103180001136	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-CSC1G2M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5221	C14100424700001103180001182	一次性使用麻醉管路套件	L8	MZ-ABC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5222	C14100424700001103180001202	一次性使用麻醉管路套件	L2	MZ-ABC3M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5223	C14100424700001103180001279	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-ASC3G2M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5224	C14100424700001103180001284	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-ASC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5225	C14100424700001103180001363	一次性使用麻醉管路套件	L8	MZ-ASC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5226	C14100424700001103180001387	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-ASG2M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5227	C14100424700001103180001486	一次性使用麻醉管路套件	L3	MZ-ABC3M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5228	C14100424700001103180001511	一次性使用麻醉管路套件	L2	MZ-CSC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5229	C14100424700001103180001521	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-ASC3G2M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5230	C14100424700001103180001619	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-CBC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5231	C14100424700001103180001691	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-ASG2M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5232	C14100424700001103180001714	一次性使用麻醉管路套件	L3	MZ-ABC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5233	C14100424700001103180001763	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-ASC3G2M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5234	C14100424700001103180001775	一次性使用麻醉管路套件	L2	MZ-ABC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5235	C14100424700001103180001806	一次性使用麻醉管路套件	L2	MZ-ASC3M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5236	C14100424700001103180002169	一次性使用麻醉管路套件	L2	MZ-CSC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5237	C14100424700001103180002185	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-CSC1G2M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5238	C14100424700001103180002333	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-ABC3M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5239	C14100424700001103180002444	一次性使用麻醉管路套件	L8	MZ-CBC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5240	C14100424700001103180002466	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-ASC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5241	C14100424700001103180002495	一次性使用麻醉管路套件	L8	MZ-CSC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5242	C14100424700001103180002704	一次性使用麻醉管路套件	L2	MZ-ASC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5243	C14100424700001103180002735	一次性使用麻醉管路套件	L3	MZ-ASC3M3	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5244	C14100424700001103180002767	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-CSC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5245	C14100424700001103180002854	一次性使用麻醉管路套件	L3	MZ-CSC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5246	C14100424700001103180002869	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-CSC1G2M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5247	C14100424700001103180002970	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-CBC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5248	C14100424700001103180003216	一次性使用麻醉管路套件	L3	MZ-CBC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5249	C14100424700001103180003412	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-CSC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5250	C14100424700001103180003434	一次性使用麻醉管路套件	L2	MZ-CBC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5251	C14100424700001103180003568	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-ABC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5252	C14100424700001103180003632	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-CSG2M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5253	C14100424700001103180003646	一次性使用麻醉管路套件	L3	MZ-CSC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5254	C14100424700001103180003649	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-ABC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5255	C14100424700001103180003650	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-CSG2M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5256	C14100424700001103180003710	一次性使用麻醉管路套件	L2	MZ-CBC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5257	C14100424700001103180003828	一次性使用麻醉管路套件	L3	MZ-CBC1M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5258	C14100424700001103180003899	一次性使用麻醉管路套件	L3	MZ-ASC3M4	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5259	C14100424700001103180004210	一次性使用麻醉管路套件	L5	MZ-CSC1G2M1	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批
5260	C14100424700001103180004411	一次性使用麻醉管路套件	L4	MZ-CBC1M2	浙械注准20222080379	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于与麻醉机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	产品由麻醉管路和选配件组成。麻醉管路由管体和接头组成。选配件有一次性使用麻醉面罩、气体取样管、一次性使用呼吸过滤器、储气囊及储气囊直通接	通过			第11批

5261	C14070318300000103180000060	一次性无创脑电传感器	HS-4P01	HS-4P01	浙械注准20232071298	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	产品适用于采集并获取受观测者人体体表脑电信号。	产品由电极片、电极导线和连接器组成，电极片由泡棉、导电胶、海绵组成。	通过			第11批
5262	C14250900000002028850000056	一次性使用喉罩气道导管	2.5	ATB21	浙械注准20152080129	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	适用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。	A型(普通型)喉量由罩囊、连接件、气道导管(单腔通道)、机器端接口、充气管、单向阀、压力指示装置(或指示气囊)组成。B型(引流型)喉量由罩囊、连接件、气道导管(多腔通道)、机器端接口、充气管、单向阀、放气片、压力指示装置(或指示气囊)、引流孔组成。C型(型C型)喉罩由量囊、连接件、加强	通过			第11批

5263	C14130119200001072700000035	造口袋	4041	一件式尿路袋	浙湖械备20180015	乙类	192-造口袋类	否			是	ACBL0001	造口护理	指回肠、结肠造口，尿路造口的护理。评估患者病情、合作程度、造口周围皮肤情况等，核对患者信息，做好解释取得配合，造口周围皮肤、排泄物及并发症的观察和处理，根据造口缺血坏死、皮肤黏膜分离、造口回缩、造口狭窄、造口脱垂、造口旁疝、造口周围皮肤问题、出血等选择	一次性造口袋、底盘	造口袋	产品用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。	产品为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。	通过			第11批
5264	C14020227100019072700000039	体表导管固定敷贴	6.5×10.5	C-02型	浙械注准20172140897	丙类	271-导管固定类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲	静脉导管固定敷贴	产品供留置针导管的体表固定用。	产品由敷贴和带粘胶的固定贴组成。敷贴由涂以丙烯酸酯压敏胶的无纺布、聚氨酯膜、隔离纸组成。固定贴由带钩面和圈面的尼龙制成。	通过			第11批

5265	C14020227100019072700000041	体表导管固定敷贴	8×8.5	L-02 型	浙械注准20172140897	丙类	271-导管固定类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲	静脉导管固定敷贴	产品供留置针导管的体表固定用。	产品由敷贴和带粘胶的固定贴组成。敷贴由涂以丙烯酸酯压敏胶的无纺布、聚氨酯膜、隔离纸组成。固定贴由带钩面和圈面的尼龙制成。	通过			第11批
5266	C17010521606000072700000002	无菌敷料	9cm×25cm	无纺布敷料	浙械注准20172141296	丙类	216-敷料类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	产品供清创后的外伤创口、术后创口以及婴儿护脐口作创口保护用，也用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸、加敷芯组成。基材采用喷涂医用压敏胶的无纺布或聚氨酯复合膜或聚氨酯多孔膜，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸或PET膜，敷芯由网膜（由聚乙烯(PE)和尼龙组成）和棉形纤维（由粘胶和涤纶组	通过			第11批

5267	C17010521606000072700000003	无菌敷料	9cm×20cm	无纺布敷料	浙械注准20172141296	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	产品供清创后的外伤创口、术后创口以及婴儿护脐口作创口保护用，也用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸、加敷芯组成。基材采用喷涂医用压敏胶的无纺布或聚氨酯复合膜或聚氨酯多孔膜，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸或PET膜，敷芯由网膜（由聚乙烯(PE)和尼龙组成）和棉形纤维（由粘胶和涤纶组	通过			第11批
5268	C17010521606000072700000004	无菌敷料	9cm×15cm	无纺布敷料	浙械注准20172141296	丙类	216-敷料类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	产品供清创后的外伤创口、术后创口以及婴儿护脐口作创口保护用，也用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸、加敷芯组成。基材采用喷涂医用压敏胶的无纺布或聚氨酯复合膜或聚氨酯多孔膜，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸或PET膜，敷芯由网膜（由聚乙烯(PE)和尼龙组成）和棉形纤维（由粘胶和涤纶组	通过			第11批

5269	C17010521606000072700000008	无菌敷料	9cm×30cm	无纺布敷料	浙械注准20172141296	丙类	216-敷料类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	产品供清创后的外伤创口、术后创口以及婴儿护脐口作创口保护用，也用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸、加敷芯组成。基材采用喷涂医用压敏胶的无纺布或聚氨酯复合膜或聚氨酯多孔膜，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸或PET膜，敷芯由网膜（由聚乙烯(PE)和尼龙组成）和棉形纤维（由粘胶和涤纶组	通过			第11批
5270	C17010621601000072700000010	聚氨酯泡沫敷料	18cm×18cm	带边纤维型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批

5271	C17010621601000072700000013	聚氨酯泡沫敷料	10cm×15cm	带边纤维型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批

5272	C17010621601000072700000016	聚氨酯泡沫敷料	10cm×25cm	带边纤维型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批

5273	C17010621601000072700000018	聚氨酯泡沫敷料	10cm×30cm	带边纤维型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批

5274	C17010621601000072700000020	聚氨酯泡沫敷料	15cm×18cm	带边纤维型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批

5275	C17010621601000072700000021	聚氨酯泡沫敷料	10cm×20cm	带边纤维型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批

5276	C17010621601000072700000022	聚氨酯泡沫敷料	10cm×10cm	带边纤维型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批

5277	C17010621601000072700000023	聚氨酯泡沫敷料	12.5cm×20cm	带边纤维型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批

5278	C17010621601000072700000034	聚氨酯泡沫敷料	12.5cm×20cm	带边型	浙械注准20202140156	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品适用于覆盖创面，吸收非慢性创面的渗出液。	聚氨酯泡沫敷料由丙烯酸酯胶、聚氨酯膜、聚氨酯泡沫、吸水纤维、硅凝胶和隔离膜组成。吸水纤维由聚丙烯制成，隔离膜为聚乙烯（PE）膜。	通过			第11批
5279	C07110414802013104150000015	正畸托槽	自锁托槽	G类自锁SA数据托槽	浙械注准20172170858	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	产品供人体牙列正畸用。	方丝弓托槽、直丝弓托槽I型采用06Cr19Ni10不锈钢材料制成；直丝弓托槽II型、自锁托槽采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢制成。	通过			第11批

5280	C17010521606000006020000002	无菌敷贴	6cm*7cm	1302	浙械注准20182140257	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	产品供清创后的外伤，术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸（或加敷芯）组成，其中基材采用喷涂医用压敏胶的聚氨酯复合膜或无纺布制成，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸（双可降解离型纸）或PET膜（聚对苯二甲酸乙二酯）制成，敷芯由网膜[由聚乙烯（PE）和尼龙组成]和针刺棉(由粘胶和涤纶组成）制	通过			第11批

5281	C17010521606000006020000004	无菌敷贴	10cm*15cm	1305	浙械注准20182140257	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	产品供清创后的外伤，术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸（或加敷芯）组成，其中基材采用喷涂医用压敏胶的聚氨酯复合膜或无纺布制成，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸（双可降解离型纸）或PET膜（聚对苯二甲酸乙二酯）制成，敷芯由网膜[由聚乙烯（PE）和尼龙组成]和针刺棉(由粘胶和涤纶组成）制	通过			第11批

5282	C17010521606000006020000007	无菌敷贴	10cm*10cm	1304	浙械注准20182140257	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	产品供清创后的外伤，术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸（或加敷芯）组成，其中基材采用喷涂医用压敏胶的聚氨酯复合膜或无纺布制成，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸（双可降解离型纸）或PET膜（聚对苯二甲酸乙二酯）制成，敷芯由网膜[由聚乙烯（PE）和尼龙组成]和针刺棉(由粘胶和涤纶组成）制	通过			第11批

5283	C17010521606000006020000008	无菌敷贴	10cm*25cm	1307	浙械注准20182140257	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	产品供清创后的外伤，术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸（或加敷芯）组成，其中基材采用喷涂医用压敏胶的聚氨酯复合膜或无纺布制成，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸（双可降解离型纸）或PET膜（聚对苯二甲酸乙二酯）制成，敷芯由网膜[由聚乙烯（PE）和尼龙组成]和针刺棉(由粘胶和涤纶组成）制	通过			第11批

5284	C17010521606000006020000012	无菌敷贴	10cm*20cm	1306	浙械注准20182140257	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	产品供清创后的外伤，术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸（或加敷芯）组成，其中基材采用喷涂医用压敏胶的聚氨酯复合膜或无纺布制成，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸（双可降解离型纸）或PET膜（聚对苯二甲酸乙二酯）制成，敷芯由网膜[由聚乙烯（PE）和尼龙组成]和针刺棉(由粘胶和涤纶组成）制	通过			第11批

5285	C17010721603000006020000006	无菌敷贴	6cm*7cm	1103F	浙械注准20182140257	丙类	216-敷料类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	产品供清创后的外伤，术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。	产品由基材、隔离纸（或加敷芯）组成，其中基材采用喷涂医用压敏胶的聚氨酯复合膜或无纺布制成，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸（双可降解离型纸）或PET膜（聚对苯二甲酸乙二酯）制成，敷芯由网膜[由聚乙烯（PE）和尼龙组成]和针刺棉(由粘胶和涤纶组成）制	通过			第11批

5286	C17010621602000006020000009	聚硅酮泡沫敷料	12.5cm*12.5cm	G3409	浙械注准20222140006	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	产品由基材层、敷芯层、粘胶层、隔离层组成。（基材层由涂丙烯酸酯胶的聚氨酯膜制成，敷芯层由聚氨酯复合泡沫制成，粘胶层由硅凝胶制成，隔离层由CPP膜组成。说明书上有）	通过			第11批

5287	C17010621602000006020000010	聚硅酮泡沫敷料	10cm*25cm	G3406	浙械注准20222140006	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	产品由基材层、敷芯层、粘胶层、隔离层组成。（基材层由涂丙烯酸酯胶的聚氨酯膜制成，敷芯层由聚氨酯复合泡沫制成，粘胶层由硅凝胶制成，隔离层由CPP膜组成。说明书上有）	通过			第11批

5288	C17010621602000006020000015	聚硅酮泡沫敷料	15cm*20cm	G3412	浙械注准20222140006	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	产品由基材层、敷芯层、粘胶层、隔离层组成。（基材层由涂丙烯酸酯胶的聚氨酯膜制成，敷芯层由聚氨酯复合泡沫制成，粘胶层由硅凝胶制成，隔离层由CPP膜组成。说明书上有）	通过			第11批

5289	C17010621602000006020000018	聚硅酮泡沫敷料	17.5cm*17.5cm	G3425	浙械注准20222140006	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	产品由基材层、敷芯层、粘胶层、隔离层组成。（基材层由涂丙烯酸酯胶的聚氨酯膜制成，敷芯层由聚氨酯复合泡沫制成，粘胶层由硅凝胶制成，隔离层由CPP膜组成。说明书上有）	通过			第11批

5290	C17010621602000006020000031	聚硅酮泡沫敷料	15cm*15cm	G3311	浙械注准20222140006	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	产品由基材层、敷芯层、粘胶层、隔离层组成。（基材层由涂丙烯酸酯胶的聚氨酯膜制成，敷芯层由聚氨酯复合泡沫制成，粘胶层由硅凝胶制成，隔离层由CPP膜组成。说明书上有）	通过			第11批

5291	C17010621602000006020000048	聚硅酮泡沫敷料	10cm*10cm	G3302	浙械注准20222140006	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	产品由基材层、敷芯层、粘胶层、隔离层组成。（基材层由涂丙烯酸酯胶的聚氨酯膜制成，敷芯层由聚氨酯复合泡沫制成，粘胶层由硅凝胶制成，隔离层由CPP膜组成。说明书上有）	通过			第11批

5292	C17010621602000006020000053	聚硅酮泡沫敷料	7.5cm*7.5cm	G3423	浙械注准20222140006	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	产品用于覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液。	产品由基材层、敷芯层、粘胶层、隔离层组成。（基材层由涂丙烯酸酯胶的聚氨酯膜制成，敷芯层由聚氨酯复合泡沫制成，粘胶层由硅凝胶制成，隔离层由CPP膜组成。说明书上有）	通过			第11批
5293	C14250420900001059820000009	一次性使用可视支气管封堵器套件	FDB9R80	FDB9R80	浙械注准20222081169	甲类	209-气管插管类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	用于需要单肺通气的手术中，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用可视气管插管、一次性使用支气管封堵器；选配件为：咬嘴、一次性使用吸痰管、一次性使用气管插	通过			第11批

5294	C14250420900001059820000011	一次性使用可视支气管封堵器套件	FDB9R75	FDB9R75	浙械注准20222081169	甲类	209-气管插管类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	用于需要单肺通气的手术中，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用可视气管插管、一次性使用支气管封堵器；选配件为：咬嘴、一次性使用吸痰管、一次性使用气管插	通过			第11批
5295	C14250420900001059820000012	一次性使用可视支气管封堵器套件	FDB7R70	FDB7R70	浙械注准20222081169	甲类	209-气管插管类	否			是	330100014	特殊方法气管插管术	包括经鼻腔、经口盲探等	气管导管	气管导管	用于需要单肺通气的手术中，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	产品由一次性使用可视气管插管、一次性使用支气管封堵器；选配件为：咬嘴、一次性使用吸痰管、一次性使用气管插	通过			第11批
5296	C14250120900000059820000020	一次性使用无菌气管插管套件	5.0	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润滑根线包	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5297	C14250120900000059820000021	一次性使用无菌气管插管套件	5.5	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5298	C14250120900000059820000022	一次性使用无菌气管插管套件	2.5	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5299	C14250120900000059820000023	一次性使用无菌气管插管套件	3.0	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5300	C14250120900000059820000026	一次性使用无菌气管插管套件	4.5	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5301	C14250120900000059820000027	一次性使用无菌气管插管套件	6.0	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5302	C14250120900000059820000028	一次性使用无菌气管插管套件	5.0	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5303	C14250120900000059820000029	一次性使用无菌气管插管套件	6.5	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5304	C14250120900000059820000030	一次性使用无菌气管插管套件	5.5	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5305	C14250120900000059820000031	一次性使用无菌气管插管套件	6.0	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5306	C14250120900000059820000032	一次性使用无菌气管插管套件	7.0	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5307	C14250120900000059820000033	一次性使用无菌气管插管套件	6.5	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5308	C14250120900000059820000034	一次性使用无菌气管插管套件	7.5	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5309	C14250120900000059820000035	一次性使用无菌气管插管套件	7.0	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5310	C14250120900000059820000036	一次性使用无菌气管插管套件	8.0	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5311	C14250120900000059820000037	一次性使用无菌气管插管套件	7.5	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5312	C14250120900000059820000038	一次性使用无菌气管插管套件	8.5	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5313	C14250120900000059820000039	一次性使用无菌气管插管套件	8.0	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5314	C14250120900000059820000040	一次性使用无菌气管插管套件	8.5	普通型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5315	C14250120900000059820000041	一次性使用无菌气管插管套件	2.5	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5316	C14250120900000059820000042	一次性使用无菌气管插管套件	3.0	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5317	C14250120900000059820000043	一次性使用无菌气管插管套件	3.5	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5318	C14250120900000059820000044	一次性使用无菌气管插管套件	4.0	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批

5319	C14250120900000059820000045	一次性使用无菌气管插管套件	4.5	加强型	浙械注准20252081122		209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	一次性使用无菌气管插管套件由基本配置：普通型气管插管或加强型气管插管、一次性使用喉镜片、导丝，选配配置：咬嘴、透气胶带、注气筒、吸痰管、吸引连接管、包布、外科手套、医用脱脂纱布、口咽通气道、润滑根[illegible]	不通过	该项目含较多低值耗材		第11批
5320	C14020118200000094610000003	一次性使用气流雾化器	Ⅷ型	Ⅷ型	津械注准20222080095	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	供患者进行雾化吸入治疗用。	VIII型:雾化杯II，导管，接头，面罩，咬嘴	通过			第11批
5321	C14020118200000094610000040	一次性使用气流雾化器	雾化杯III（4ml），面罩（中号），直接头，导管，接头，连接管组成	74型	津械注准20222080095	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	供患者进行雾化吸入治疗用。	74型:雾化杯，面罩，直接头，导管，接头，连接管组成	通过			第11批

5322	C14020118200000094610000050	一次性使用气流雾化器	雾化杯Ⅱ(4ml)，导管，接头，面罩(中号)，咬嘴组成	Ⅷ型	津械注准20222080095	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	供患者进行雾化吸入治疗用。	VIII型:雾化杯II，导管，接头，面罩，咬嘴。	通过			第11批
5323	C14020118200000094610000051	一次性使用气流雾化器	雾化杯Ⅱ(8ml)，导管，接头，面罩(中号)，咬嘴组成	Ⅷ型	津械注准20222080095	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	供患者进行雾化吸入治疗用。	VIII型:雾化杯II，导管，接头，面罩，咬嘴。	通过			第11批
5324	C14171101000000094610000102	一次性使用吸痰管	F8	II型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批
5325	C14171101000000094610000103	一次性使用吸痰管	F12	II型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批
5326	C14171101000000094610000104	一次性使用吸痰管	F10	II型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批

5327	C14171101000000094610000106	一次性使用吸痰管	F16	II型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批
5328	C14171101000000094610000107	一次性使用吸痰管	F14	II型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批
5329	C14171101000000094610000108	一次性使用吸痰管	F6	II型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批
5330	C14171101000000094610000119	一次性使用吸痰管	F16 25ml（纤支镜）	V型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批
5331	C14171101000000094610000122	一次性使用吸痰管	F14 25ml（纤支镜）	V型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批
5332	C14171101000000094610000132	一次性使用吸痰管	F5 40ml（纤支镜）	V型	津械注准20222080385	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	适用于医疗机构对病人吸痰时使用。	主要由呼吸道用吸引导管组成，配件由检查手套、废液收集瓶和负压吸引接管组成	通过			第11批

5333	C14120203500000094610000055	一次性使用引流袋	2000mL	A-3	津械注准20222140097	丙类	035-引流装置类	否			是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于临床机构收集患者在治疗过程中的分泌物和体液。	一次性使用引流袋由引流软袋、引流袋盖、连接管、抗凝剂、凝剂、单向阀、逆流阀组成。	通过			第11批
5334	C14120203500000094610000085	一次性使用引流袋	2000mL	A-2	津械注准20222140097	丙类	035-引流装置类	否			是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于临床机构收集患者在治疗过程中的分泌物和体液。	一次性使用引流袋由引流软袋、引流袋盖、连接管、抗凝剂、凝剂、单向阀、逆流阀组成。	通过			第11批
5335	C14120203500000094610000198	一次性使用引流袋	2000mL	B-1	津械注准20222140097	丙类	035-引流装置类	否			是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于临床机构收集患者在治疗过程中的分泌物和体液。	一次性使用引流袋由引流软袋、引流袋盖、连接管、抗凝剂、凝剂、单向阀、逆流阀组成。	通过			第11批
5336	C14120203500000094610000268	一次性使用引流袋	2000mL	B-3	津械注准20222140097	丙类	035-引流装置类	否			是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护	″药物、抗返流引流袋″	抗返流引流袋	用于临床机构收集患者在治疗过程中的分泌物和体液。	一次性使用引流袋由引流软袋、引流袋盖、连接管、抗凝剂、凝剂、单向阀、逆流阀组成。	通过			第11批

5337	C03160908000001074690000108	医用高分子夹板	12.5cm*115cm	SS546	豫郑械备20150076号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨折或矫形后的外固定	由玻璃纤维基材或聚酯纤维基材、聚氨酯胶和无纺布构成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连	通过			第11批
5338	C11010317311012164750000001	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为45mm，切割线长度约为40mm	48345T	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5339	C11010317311012164750000002	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为60mm，切割线长度约为55mm	48360W	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5340	C11010317311012164750000003	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为60mm，切割线长度约为55mm	48360B	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5341	C11010317311012164750000004	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为45mm，切割线长度约为40mm	48345M	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5342	C11010317311012164750000005	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为60mm，切割线长度约为55mm	48360G	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5343	C11010317311012164750000006	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为60mm，切割线长度约为55mm	48360T	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5344	C11010317311012164750000007	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为45mm，切割线长度约为40mm	48345W	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5345	C11010317311012164750000008	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为45mm，切割线长度约为40mm	48345B	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5346	C11010317311012164750000009	直线型切割吻合器钉仓	产生的吻合线长度约为45mm，切割线长度约为40mm	48345G	国械注进20223020081	丙类	173-吻合器适配钉仓类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		人工植入体	与兼容的da Vinci手术系统配合使用，适用于胃肠组织的切除、离断和吻合，以及肺、肾及其相关血管的切除及离断。	直线型切割吻合器钉仓由钉仓、推钉片、切割刀和滑块、吻合钉、外壳和护钉板组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第11批

5347	C02064506801000113440000005	一次性使用静脉剥脱导丝	BT0407	BT0407	闽械注准20222020009	丙类	068-剥脱器类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		静脉剥脱导丝	适用于无并发症的原发性静脉曲张或慢性静脉功能不全时大隐静脉或小隐静脉剥脱术.	由前端头、双剥脱头、不锈钢导丝、单剥脱头、手柄组成，其中前端头、双剥脱头、不锈钢导丝、单剥脱头均采用不锈钢材料制成；手柄采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）及不锈钢材料制成。无菌提供，一次性使用。	通过			第11批

5348	C01060200700009108550000001	一次性使用活检针套装	?3.45×120.5	BN-MCB-1/SYT	粤械注准20192141098	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	对人体（不包括腰椎、血管、脑室）进行经皮穿刺，采集人体样本或作为其他器械进入体内的通道	由活检取样针以及活检取样钳组成。活检取样针由针座、针芯、锁定开关、中层取样管、取样槽、螺纹接口、针管底座、深部定位器、针管组成；活检取样钳由手环、芯杆、滑环、助推杆、护套管、拉索、外管、钳子杯组成。	通过			第11批

5349	C01060200700009108550000002	一次性使用活检针套装	? 2.25×210	BN-MCB-1/SYT	粤械注准20192141098	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	对人体（不包括腰椎、血管、脑室）进行经皮穿刺，采集人体样本或作为其他器械进入体内的通道	由活检取样针以及活检取样钳组成。活检取样针由针座、针芯、锁定开关、中层取样管、取样槽、螺纹接口、针管底座、深部定位器、针管组成；活检取样钳由手环、芯杆、滑环、助推杆、护套管、拉索、外管、钳子杯组成。	通过			第11批

5350	C03310700700000108550000006	一次性骨活检取样器	GH-125	GH-125	粤械注准20242040925	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	供骨科手术中取骨组织活检用。	由管芯、套管、手柄和定位器组成。其中管芯由针芯座和针芯组成，套管由取样按钮、取样管座和取样管组成，手柄由针管座和针管组成。	通过			第11批
5351	C07060114402003220300000012	定制式活动义齿	义获嘉伟瓦登特公司	/	渝械注准20232170292	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	活动桥	产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	定制式活动义齿的结构形式有局部义齿和全口义齿。局部义齿 由固位体、连接体、人工牙和基托组成；全口义齿由人工牙和 基	通过			第11批

5352	C07060114402003220300000021	定制式活动义齿	德国维他公司	/	渝械注准20232170292	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	定制式活动义齿的结构形式有局部义齿和全口义齿。局部义齿 由固位体、连接体、人工牙和基托组成；全口义齿由人工牙和 基	通过			第11批
5353	C07060114402003220300000042	定制式活动义齿	成都优材科技有限公司	/	渝械注准20232170292	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	产品适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	定制式活动义齿的结构形式有局部义齿和全口义齿。局部义齿 由固位体、连接体、人工牙和基托组成；全口义齿由人工牙和 基	通过			第11批
5354	C07060114401003220300000020	定制式固定义齿	美国阿根公司	/	渝械注准20232170293	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、	通过			第11批
5355	C07060114401003220300000044	定制式固定义齿	常熟尚齿齿科材料有限公司	/	渝械注准20232170293	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、	通过			第11批

5356	C07060114401003220300000056	定制式固定义齿	株式会社松风	/	渝械注准20232170293	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、	通过			第11批
5357	C07060114401003220300000061	定制式固定义齿	德国贝格有限公司	/	渝械注准20232170293	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、	通过			第11批
5358	C07060114401003220300000079	定制式固定义齿	福州瑞克布朗医药科技有限公司	/	渝械注准20232170293	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、	通过			第11批
5359	C07060114401003220300000107	定制式固定义齿	西安九洲生物材料有限公司	/	渝械注准20232170293	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、	通过			第11批
5360	C07060114401003220300000117	定制式固定义齿	西安欧中材料科技有限公司	/	渝械注准20232170293	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、	通过			第11批

5361	C07060114401003220300000137	定制式固定义齿	飞而康快速制造科技有限责任公司	/	渝械注准20232170293	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、	通过			第11批
5362	C07060114401001220300000028	定制式固定义齿	西捷美生物陶瓷有限公司	/	渝械注准20232170294	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、嵌体、桩核、贴面及种植 义齿的上部	通过			第11批
5363	C07060114405003220300000013	定制式固定义齿	上海傲丹特生物材料有限公司	/	渝械注准20232170294	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、嵌体、桩核、贴面及种植 义齿的上部	通过			第11批
5364	C07060114405003220300000047	定制式固定义齿	登士柏牙科（天津）有限公司	/	渝械注准20232170294	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体，如冠、桥、嵌体、桩核、贴面及种植 义齿的上部	通过			第11批

5365	C03160108903001100740003850	金属骨针	Φ2.0×160(灭菌)	GZZh03Y	国械注准20203130290	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB/T13810标准规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理。产品灭菌或非灭菌包装形式供货，环氧乙烷灭菌，灭菌有效期2年	通过			第11批
5366	C14171503500000100740000018	扩髓-灌洗-负压吸引系统	/	RIA-Ⅰ	渝械注准20252040167	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与手术动力装置及负压吸引装置配合使用，用于骨科手术时髓腔扩大并清除骨碎屑及感染骨组织，收集并获取自体骨。	扩髓-灌洗-负压吸引系统主要由管型组装部件、密封件、过滤装置、灌洗连接管组件、负压吸引连接管组件组成。该产品采用环氧乙烷灭菌	通过			第11批
5367	C14171503500000100740000019	扩髓-灌洗-负压吸引系统	A	RIA-Ⅱ	渝械注准20252040167	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与手术动力装置及负压吸引装置配合使用，用于骨科手术时髓腔扩大并清除骨碎屑及感染骨组织，收集并获取自体骨。	扩髓-灌洗-负压吸引系统主要由管型组装部件、密封件、过滤装置、灌洗连接管组件、负压吸引连接管组件组成。该产品采用环氧乙烷灭菌	通过			第11批

5368	C14171503500000100740000020	扩髓-灌洗-负压吸引系统	B	RIA-Ⅱ	渝械注准20252040167	甲类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与手术动力装置及负压吸引装置配合使用，用于骨科手术时髓腔扩大并清除骨碎屑及感染骨组织，收集并获取自体骨。	扩髓-灌洗-负压吸引系统主要由管型组装部件、密封件、过滤装置、灌洗连接管组件、负压吸引连接管组件组成。该产品采用环氧乙烷灭菌	通过			第11批
5369	C07060114401002011310000029	定制式活动义齿	HC—HF 钴铬（树脂模型）铸造支架可摘局部义齿	HC—HF 钴铬（树脂模型）铸造支架可摘局部义齿	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批
5370	C07060114402002011310000109	定制式活动义齿	HC—HA 树脂（树脂模型）基托可摘全口义齿（胶托义齿）	HC—HA 树脂（树脂模型）基托可摘全口义齿（胶托义齿）	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批
5371	C07060114402002011310000110	定制式活动义齿	HC—HB 树脂基托可摘局部义齿（胶托义齿）	HC—HB 树脂基托可摘局部义齿（胶托义齿）	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批

5372	C07060114402002011310000111	定制式活动义齿	HC—HK 树脂（树脂模型）基托可摘局部义齿（胶托义齿）	HC—HK 树脂（树脂模型）基托可摘局部义齿（胶托义齿）	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批
5373	C07060114402002011310000112	定制式活动义齿	HC—HO 树脂（树脂模型）基托弹性义齿（隐形义齿）	HC—HO 树脂（树脂模型）基托弹性义齿（隐形义齿）	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批
5374	C07060114402003011310000116	定制式活动义齿	沪鸽齿科材料有限公司	/	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	人工牙	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组	通过			第11批
5375	C07060114409002011310000006	定制式活动义齿	HC—HW PEEK树脂（树脂模型）切削支架可摘局部义齿	HC—HW PEEK树脂（树脂模型）切削支架可摘局部义齿	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批

5376	C07060114401001011310000107	定制式固定义齿	西安九洲生物材料有限公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批
5377	C07060114401003011310000096	定制式固定义齿	南通金源智能技术有限公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批
5378	C07060114401003011310000107	定制式固定义齿	西安九洲生物材料有限公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批
5379	C07060114401003011310000117	定制式固定义齿	西安欧中材料科技有限公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批
5380	C07060114405001011310000024	定制式固定义齿	秦皇岛泽克尼陶瓷科技有限公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批

5381	C07060114405003011310000123	定制式固定义齿	登士柏西诺德公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批
5382	C07060114406001011310000004	定制式固定义齿	深圳市翔通光电技术有限公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批
5383	C07060114406003011310000116	定制式固定义齿	沪鸽齿科材料有限公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批
5384	C07060114408003011310000012	定制式固定义齿	义获嘉伟瓦登特公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批
5385	C07060114409001011310000065	定制式固定义齿	吉林省登泰克牙科材料有限公司	/	渝械注准20182170061	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿一般由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。	通过			第11批

5386	C07060114401002011310000056	定制式活动义齿	HC—JZ 表示激光钴铬支架局部义齿	HC—JZ 表示激光钴铬支架局部义齿	渝械注准20212170251	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批
5387	C07060114401002011310000058	定制式活动义齿	HC—JQ表示激光钛全口义齿	HC—JQ表示激光钛全口义齿	渝械注准20212170251	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批
5388	C07060114401002011310000059	定制式活动义齿	HC—JB 表示激光（树脂模型）钛支架局部义齿	HC—JB 表示激光（树脂模型）钛支架局部义齿	渝械注准20212170251	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第11批

5389	C14060100500001215970000118	消融电极(多功能手术解剖器)	SJ50330ZV(H2)-F	SJ50330ZV(H2)-F	渝械注准20232010376	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10．消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	P 型、S型由刀头、绝缘套管、塑料柄部、电缆线、插头、LED光源灯（选配）、附件保护盒(选配)组成。 X型由刀头、功能管（选配）、绝缘管、塑料柄部、电缆线、插头、吸引管(选配)、分体吸烟罩(选配)、附件保护盒(选配)、连接阀(选配)组成。SJ型由双极头、柄部、电缆线、插头、	通过			第11批

5390	C14060100500001215970000130	消融电极（多功能手术解剖器）	SJ50330ZV(H2)	SJ50330ZV(H2)	渝械注准20232010376	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10．消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	产品供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。	P 型、S型由刀头、绝缘套管、塑料柄部、电缆线、插头、LED光源灯（选配）、附件保护盒(选配)组成。 X型由刀头、功能管（选配）、绝缘管、塑料柄部、电缆线、插头、吸引管(选配)、分体吸烟罩(选配)、附件保护盒(选配)、连接阀(选配)组成。SJ型由双极头、柄部、电缆线、插头、	通过			第11批

5391	C07110214803002020840000001	定制式保持器	JMJZ-BB	JMJZ-BB	渝械注准20192170112	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522028	正畸保持器治疗	含取模型、制作用材料	特殊材料及固定保持器、正位器、透明保持器	特殊材料及固定保持器	主要用于巩固正畸后疗效及维持牙列缺隙、牙弓形态、牙齿位置。	膜片压制型保持器主要由牙科膜片经压膜成型、打磨抛光等工序制作而成，可含人工牙。弯制基托型保持器由牙科金属丝（正畸丝、牙用不锈钢丝）和树脂基托材料。经过牙科金属丝弯制、充胶、焊接、打磨抛光等工序的部分或全部工艺制作而成，可含人工牙。金属支架型保持器由牙科合	通过			第11批

5392	C07110214802001020840000032	定制式固定矫治器	JMJZ-GB	JMJZ-GB	渝械注准20192170113	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522021	单侧唇腭裂序列正畸治疗	包括：单侧牙槽突裂、无骨骼畸形和面部畸形、腭托使用的正畸治疗；不含替牙期植骨前后的正畸治疗	乳牙期用于解除后牙反颌、前牙反颌的活动矫治器或固定矫治器、恒牙期用于解除后牙反颌、前牙反颌的活动矫治器或固定矫治器、颈牵引、低位头帽牵引等附加装置	前牙反颌的活动矫治器或固定矫治器	主要用于预防、阻断、治疗患者错颌畸形	金属支架型固定矫治器（JMJZ-GA）由牙科合金材料、牙科金属丝（正畸丝、牙用不锈钢丝），以及螺旋扩弓器、颊面管、舌侧扣、托槽等预成附件中的部分或全部，经过失蜡铸造、CAD/CAM加工、牙科金属丝弯制、焊接、打磨抛光等工序中的部分或全部工艺制作而成。该类定制式	通过			第11批

5393	C07110214802001020840000034	定制式固定矫治器	JMJZ-GA	JMJZ-GA	渝械注准20192170113	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522003	替牙期安氏I类错颌固定矫治器正畸治疗	包括使用简单固定矫治器和常规固定矫治器治疗	简单固定矫治器增加的其他弓丝或附件	简单固定矫治器增加的其他弓丝或附件	主要用于预防、阻断、治疗患者错颌畸形	金属支架型固定矫治器（JMJZ-GA）由牙科合金材料、牙科金属丝（正畸丝、牙用不锈钢丝），以及螺旋扩弓器、颊面管、舌侧扣、托槽等预成附件中的部分或全部，经过失蜡铸造、CAD/CAM加工、牙科金属丝弯制、焊接、打磨抛光等工序中的部分或全部工艺制作而成。该类定制式	通过			第11批

5394	C07060114409002020840000046	定制式固定义齿	CQ-GD(金属合金桩核)	CQ-GD(金属合金桩核)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第11批
5395	C07110214802001020840000065	定制式保持器	激光选区熔化钴铬支架型保持器(JMJZ-BD)	激光选区熔化钴铬支架型保持器(JMJZ-BD)	渝械注准20222170328	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522028	正畸保持器治疗	含取模型、制作用材料	特殊材料及固定保持器、正位器、透明保持器	特殊材料及固定保持器	用于正畸治疗后防止畸形复发，牙列间隙丧失经正畸治疗恢复后的保持，维持牙列形态与功能的稳定。无正畸矫治作用。	定制式保持器是由牙科用激光选区熔化合金粉末通过激光选区熔化工艺制作而成的金属支架型保持器，由固位部分和支架部分组成，根据原材料的不同分为激光选区熔化钴铬支架型保持器和激光选区熔化钛合	通过			第11批

5396	C07110214802001020840000066	定制式保持器	激光选区熔化钛合金支架型保持器(JMJZ-BE)	激光选区熔化钛合金支架型保持器(JMJZ-BE)	渝械注准20222170328	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522028	正畸保持器治疗	含取模型、制作用材料	特殊材料及固定保持器、正位器、透明保持器	特殊材料及固定保持器	用于正畸治疗后防止畸形复发，牙列间隙丧失经正畸治疗恢复后的保持，维持牙列形态与功能的稳定。无正畸矫治作用。	定制式保持器是由牙科用激光选区熔化合金粉末通过激光选区熔化工艺制作而成的金属支架型保持器，由固位部分和支架部分组成，根据原材料的不同分为激光选区熔化钴铬支架型保持器和激光选区熔化钛合	通过			第11批
5397	C01022102300000249440000001	一次性使用肛肠套扎器	RGA-12-4/4	RGA-12-4/4	渝械注准20252020211	丙类	023-套扎器类	否			是	310901007.20	经胃镜食管静脉曲张治疗(套扎)		套扎器、粘合剂、硬化剂及稀释液、硬化注射针	套扎器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	一次性使用肛肠套扎器按照击发方式不同分为A、B型两个型号，其中，A型为单发型，B型为连发型；A型由吸气管、击发管、外套管、固定手柄、负压气管接头、负压开关、扳机、弹力线部件、套扎胶圈、窥视套、肛塞、推圈器、套圈器和收纳瓶组成；B型由吸气管、击发线绳、外套管、旋转手柄、	通过			第11批

5398	C01022102300000249440000002	一次性使用肛肠套扎器	RGB-12-4	RGB-12-4	渝械注准20252020211	丙类	023-套扎器类	否			是	310901007.20	经胃镜食管静脉曲张治疗(套扎)		套扎器、粘合剂、硬化剂及稀释液、硬化注射针	套扎器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	一次性使用肛肠套扎器按照击发方式不同分为A、B型两个型号，其中，A型为单发型，B型为连发型；A型由吸气管、击发管、外套管、固定手柄、负压气管接头、负压开关、扳机、弹力线部件、套扎胶圈、窥视套、肛塞、推圈器、套圈器和收纳瓶组成；B型由吸气管、击发线绳、外套管、旋转手柄、	通过			第11批
5399	C11021517210000249440000001	一次性使用包皮切割吻合器	RBP-13	RBP-13	渝械注准20252020222	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	一次性使用包皮切割吻合器适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用包皮切割吻合器（以下简称包皮切割吻合器）由龟头罩、抵钉座、钉仓盖、吻合钉垫圈、钉仓、活动手柄、保险扣、固定手柄、调节旋钮、吻合钉、环形切割刀、推钉片等组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

5400	C11021517210000249440000002	一次性使用包皮切割吻合器	RBP-17	RBP-17	渝械注准20252020222	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	一次性使用包皮切割吻合器适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用包皮切割吻合器（以下简称包皮切割吻合器）由龟头罩、抵钉座、钉仓盖、吻合钉垫圈、钉仓、活动手柄、保险扣、固定手柄、调节旋钮、吻合钉、环形切割刀、推钉片等组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批
5401	C11021517210000249440000003	一次性使用包皮切割吻合器	RBP-22	RBP-22	渝械注准20252020222	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	一次性使用包皮切割吻合器适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用包皮切割吻合器（以下简称包皮切割吻合器）由龟头罩、抵钉座、钉仓盖、吻合钉垫圈、钉仓、活动手柄、保险扣、固定手柄、调节旋钮、吻合钉、环形切割刀、推钉片等组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

5402	C11021517210000249440000004	一次性使用包皮切割吻合器	RBP-26	RBP-26	渝械注准20252020222	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	一次性使用包皮切割吻合器适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用包皮切割吻合器（以下简称包皮切割吻合器）由龟头罩、抵钉座、钉仓盖、吻合钉垫圈、钉仓、活动手柄、保险扣、固定手柄、调节旋钮、吻合钉、环形切割刀、推钉片等组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批
5403	C11021517210000249440000005	一次性使用包皮切割吻合器	RBP-30	RBP-30	渝械注准20252020222	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	一次性使用包皮切割吻合器适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用包皮切割吻合器（以下简称包皮切割吻合器）由龟头罩、抵钉座、钉仓盖、吻合钉垫圈、钉仓、活动手柄、保险扣、固定手柄、调节旋钮、吻合钉、环形切割刀、推钉片等组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭	通过			第11批

5404	C11021517210000249440000006	一次性使用包皮切割吻合器	RBP-34	RBP-34	渝械注准20252020222	丙类	172-吻合器类	否			是	331204002	包皮环切术		一次性环扎去除包皮专用器械	一次性环扎去除包皮专用器械	一次性使用包皮切割吻合器适用于临床包皮切割缝合手术。	一次性使用包皮切割吻合器（以下简称包皮切割吻合器）由龟头罩、抵钉座、钉仓盖、吻合钉垫圈、钉仓、活动手柄、保险扣、固定手柄、调节旋钮、吻合钉、环形切割刀、推钉片等组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌	通过			第11批
5405	C14020226600013249440000001	一次性使用湿化鼻氧管	RBYG	RBYG	渝械注准20252080212		266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	一次性使用湿化鼻氧管分为RBYG型、RSH型两个型号：RBYG型有鼻氧管组成，RSH型由鼻氧管和湿化瓶组成。其中：湿化瓶由瓶盖（进气口、出气口）、导水芯、滤芯、瓶体组成。鼻氧管由锥形接头、输氧管A、输氧管B、三通、移动调节环及双孔鼻塞组成。	不通过	含湿化瓶		第11批

5406	C14020226600013249440000002	一次性使用湿化鼻氧管	RSH-80	RSH-80	渝械注准20252080212		266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	"一次性鼻导管、鼻塞、面罩"	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	一次性使用湿化鼻氧管分为RBYG型、RSH型两个型号；RBYG型有鼻氧管组成，RSH型由鼻氧管和湿化瓶组成。其中：湿化瓶由瓶盖（进气口、出气口）、导水芯、滤芯、瓶体组成。鼻氧管由锥形接头、输氧管A、输氧管B、三通、移动调节环及双孔鼻塞组成。	不通过	含湿化瓶		第11批

5407	C14020226600013249440000003	一次性使用湿化鼻氧管	RSH-100	RSH-100	渝械注准20252080212		266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	"一次性鼻导管、鼻塞、面罩"	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	一次性使用湿化鼻氧管分为RBYG型、RSH型两个型号；RBYG型有鼻氧管组成，RSH型由鼻氧管和湿化瓶组成。其中：湿化瓶由瓶盖（进气口、出气口）、导水芯、滤芯、瓶体组成。鼻氧管由锥形接头、输氧管A、输氧管B、三通、移动调节环及双孔鼻塞组成。	不通过	含湿化瓶		第11批

5408	C14020226600013249440000004	一次性使用湿化鼻氧管	RSH-120	RSH-120	渝械注准20252080212		266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	一次性使用湿化鼻氧管分为RBYG型、RSH型两个型号；RBYG型有鼻氧管组成，RSH型由鼻氧管和湿化瓶组成。其中：湿化瓶由瓶盖（进气口、出气口）、导水芯、滤芯、瓶体组成。鼻氧管由锥形接头、输氧管A、输氧管B、三通、移动调节环及双孔鼻塞组成。	不通过	含湿化瓶		第11批

5409	C14020226600013249440000005	一次性使用湿化鼻氧管	RSH-150	RSH-150	渝械注准20252080212		266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	一次性使用湿化鼻氧管分为RBYG型、RSH型两个型号；RBYG型有鼻氧管组成，RSH型由鼻氧管和湿化瓶组成。其中：湿化瓶由瓶盖（进气口、出气口）、导水芯、滤芯、瓶体组成。鼻氧管由锥形接头、输氧管A、输氧管B、三通、移动调节环及双孔鼻塞组成。	不通过	含湿化瓶		第11批

5410	C14020226600013249440000006	一次性使用湿化鼻氧管	RSH-180	RSH-180	渝械注准20252080212		266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	"一次性鼻导管、鼻塞、面罩"	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	一次性使用湿化鼻氧管分为RBYG型、RSH型两个型号；RBYG型有鼻氧管组成，RSH型由鼻氧管和湿化瓶组成。其中：湿化瓶由瓶盖（进气口、出气口）、导水芯、滤芯、瓶体组成。鼻氧管由锥形接头、输氧管A、输氧管B、三通、移动调节环及双孔鼻塞组成。	不通过	含湿化瓶		第11批

5411	C14020226600013249440000007	一次性使用湿化鼻氧管	RSH-200	RSH-200	渝械注准20252080212		266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	一次性使用湿化鼻氧管分为RBYG型、RSH型两个型号；RBYG型有鼻氧管组成，RSH型由鼻氧管和湿化瓶组成。其中：湿化瓶由瓶盖（进气口、出气口）、导水芯、滤芯、瓶体组成。鼻氧管由锥形接头、输氧管A、输氧管B、三通、移动调节环及双孔鼻塞组成。	不通过	含湿化瓶		第11批

5412	C17010221604000099310000001	创面修复功能敷料	1g	1g	渝械注准20192140059	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于浅表创面防护。	由无机硅酸盐颗粒、白凡士林和液状石蜡组成。该产品经辐照灭菌，无菌	通过			第11批

5413	C17010221604000099310000002	创面修复功能敷料	2g	2g	渝械注准20192140059	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于浅表创面防护。	由无机硅酸盐颗粒、白凡士林和液状石蜡组成。该产品经辐照灭菌，无菌	通过			第11批

5414	C14090224900002091300000006	一次性使用无菌手术膜	15片/盒	B-I 45×44cm	渝械注准20242140026	丙类	249-手术薄膜类	否			是	120100008	新生儿特殊护理	包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴、功能训练、脐带结扎等	新生儿脐部敷贴、包扎保护带、绷带卷、肛管	新生儿脐部敷贴	供清创后的外伤创口、术后创口以及婴儿肚脐口创口的护理，为创面愈合提供微环境。	产品由基材、隔离纸、敷芯组成，基材采用喷涂有医用压敏胶的聚氨酯(PU复合膜）或无纺布制成，隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸或PET膜，敷芯由网膜【由聚乙烯（PE）和尼龙组成】和棉形纤维（由粘胶和涂纶组成）制成。A型采用聚氨酯复合膜基材、敷芯、隔离纸组成；B型代表无纺布基材、敷	通过			第11批
5415	C14080802200004209610000001	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-125	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环氧乙烷灭	通过			第11批

5416	C14080802200004209610000002	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-235	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5417	C14080802200004209610000003	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-10-26-145	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5418	C14080802200004209610000006	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-265	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5419	C14080802200004209610000007	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-12-26-235	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5420	C14080802200004209610000008	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-145	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5421	C14080802200004209610000009	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-10-26-125	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5422	C14080802200004209610000010	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-235	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5423	C14080802200004209610000011	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-125	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5424	C14080802200004209610000012	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-12-26-265	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5425	C14080802200004209610000013	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-125	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5426	C14080802200004209610000014	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-195	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5427	C14080802200004209610000015	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-165	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5428	C14080802200004209610000016	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-8-26-125	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5429	C14080802200004209610000017	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-125	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5430	C14080802200004209610000019	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-165	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5431	C14080802200004209610000020	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-235	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5432	C14080802200004209610000023	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-12-26-125	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5433	C14080802200004209610000024	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-195	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5434	C14080802200004209610000025	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-265	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5435	C14080802200004209610000027	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-12-26-165	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5436	C14080802200004209610000028	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-165	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5437	C14080802200004209610000029	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-10-26-265	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5438	C14080802200004209610000030	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-195	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5439	C14080802200004209610000031	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-265	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5440	C14080802200004209610000033	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-14-26-145	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5441	C14080802200004209610000034	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-8-26-145	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5442	C14080802200004209610000035	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-165	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5443	C14080802200004209610000036	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-265	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5444	C14080802200004209610000039	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-235	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5445	C14080802200004209610000041	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-12-26-145	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5446	C14080802200004209610000042	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-8-26-145	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5447	C14080802200004209610000043	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-145	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5448	C14080802200004209610000044	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-125	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5449	C14080802200004209610000045	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-265	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5450	C14080802200004209610000047	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-235	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5451	C14080802200004209610000048	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-145	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5452	C14080802200004209610000050	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-10-26-125	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5453	C14080802200004209610000051	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-10-26-265	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5454	C14080802200004209610000052	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-145	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5455	C14080802200004209610000055	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-10-26-145	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5456	C14080802200004209610000057	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-14-26-125	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5457	C14080802200004209610000058	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-12-26-265	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5458	C14080802200004209610000059	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-14-26-265	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5459	C14080802200004209610000060	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-165	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5460	C14080802200004209610000063	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-125	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5461	C14080802200004209610000064	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-265	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5462	C14080802200004209610000065	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-8-26-265	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5463	C14080802200004209610000067	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-14-26-265	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5464	C14080802200004209610000070	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-195	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5465	C14080802200004209610000073	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-8-26-265	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5466	C14080802200004209610000074	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-12-26-145	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5467	C14080802200004209610000077	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-145	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5468	C14080802200004209610000078	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-8-26-125	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5469	C14080802200004209610000079	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-14-26-145	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5470	C14080802200004209610000080	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-18-26-235	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5471	C14080802200004209610000081	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-14-26-125	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5472	C14080802200004209610000082	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-20-26-165	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5473	C14080802200004209610000083	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-16-26-145	I	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批

5474	C14080802200004209610000084	一次性使用无菌夹子装置	XLZXJ-12-26-125	II	渝械注准20252020011	丙类	022-止血夹类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法；包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	结扎夹	一次性使用无菌夹子装置与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。	一次性使用无菌夹子装置由推送系统和夹子组件组成，其中推送系统由活动扣、滑块、中心杆、弹簧管、弹簧管连接管、拉索、包塑皮（适用于Ⅱ型）、保护头组成；夹子组件由夹子、钳头架组成。该产品采用环	通过			第11批
5475	C07060114401001178540000008	定制式活动义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5476	C07060114401001178540000047	定制式活动义齿	登士柏牙科（天津）有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5477	C07060114401001178540000088	定制式活动义齿	登士柏国际奥斯特公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5478	C07060114401001178540000116	定制式活动义齿	沪鸽齿科材料有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5479	C07060114401001178540000123	定制式活动义齿	登士柏西诺德公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5480	C07060114401002178540000001	定制式活动义齿	YC-HC	YC-HC	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5481	C07060114401003178540000008	定制式活动义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5482	C07060114401003178540000021	定制式活动义齿	德国维他公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5483	C07060114401003178540000048	定制式活动义齿	山八齿材工业（常熟）有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5484	C07060114401003178540000098	定制式活动义齿	上海常平实业有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5485	C07060114401003178540000116	定制式活动义齿	沪鸽齿科材料有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5486	C07060114401003178540000123	定制式活动义齿	登士柏西诺德公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5487	C07060114402001178540000008	定制式活动义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519010	义齿接长基托	包括边缘、游离端、义齿鞍基	各种基托材料	各种基托材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5488	C07060114402001178540000021	定制式活动义齿	德国维他公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂部分应颜	通过			第11批
5489	C07060114402001178540000048	定制式活动义齿	山八齿材工业（常熟）有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519010	义齿接长基托	包括边缘、游离端、义齿鞍基	各种基托材料	各种基托材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂部分应颜	通过			第11批

5490	C07060114402001178540000055	定制式活动义齿	古莎齿科有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5491	C07060114402001178540000056	定制式活动义齿	株式会社松风	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5492	C07060114402001178540000077	定制式活动义齿	洛阳北苑新材料技术有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519010	义齿接长基托	包括边缘、游离端、义齿鞍基	各种基托材料	各种基托材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5493	C07060114402001178540000089	定制式活动义齿	古莎有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5494	C07060114402001178540000098	定制式活动义齿	上海常平实业有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5495	C07060114402001178540000112	定制式活动义齿	长沙市见先新材料有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5496	C07060114402001178540000116	定制式活动义齿	沪鸽齿科材料有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519010	义齿接长基托	包括边缘、游离端、义齿鞍基	各种基托材料	各种基托材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5497	C07060114402001178540000123	定制式活动义齿	登士柏西诺德公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5498	C07060114402002178540000001	定制式活动义齿	YC-HC	YC-HC	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5499	C07060114402003178540000008	定制式活动义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5500	C07060114402003178540000112	定制式活动义齿	长沙市见先新材料有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519014	增加铸造基托		各种基托材料(钢、金合金)	各种基托材料(钢、金合金)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批
5501	C07060114402003178540000141	定制式活动义齿	DMG医疗器械（北京）有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519012.20	义齿组织面重衬(软衬)		各种材料费(自凝塑料、热凝塑料、光固化树脂、软塑料、橡胶)	各种材料费(自凝塑料、热凝塑料、光固化树脂、软塑料、橡胶)	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂	通过			第11批

5502	C07060114409003178540000008	定制式活动义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	渝械注准20172170133	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519009	加人工牙		各种人工牙材料	各种人工牙材料	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	产品分为树脂基托全口义齿、PET-G基托局部义齿及弯制支架可摘局部义齿。义齿除组织面外，人工牙、基托、卡环及连接体均应光滑。义齿的组织面不得存在残余石膏。义齿的基托不应有肉眼可见的气孔、裂纹。义齿基托树脂部分应新	通过			第11批
5503	C14230120200001012900000002	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-5A	KD-SY-III-5A	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5504	C14230120200001012900000003	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-5B	KD-SY-III-5B	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5505	C14230120200001012900000004	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-6A	KD-SY-III-6A	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5506	C14230120200001012900000005	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-6B	KD-SY-III-6B	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5507	C14230120200001012900000006	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-6C	KD-SY-III-6C	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5508	C14230120200001012900000007	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-7A	KD-SY-III-7A	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5509	C14230120200001012900000008	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-7B	KD-SY-III-7B	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5510	C14230120200001012900000009	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-7C	KD-SY-III-7C	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5511	C14230120200001012900000010	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-8A	KD-SY-III-8A	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5512	C14230120200001012900000011	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-8B	KD-SY-III-8B	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5513	C14230120200001012900000012	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-8C	KD-SY-III-8C	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5514	C14230120200001012900000013	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-9A	KD-SY-III-9A	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5515	C14230120200001012900000014	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-9B	KD-SY-III-9B	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5516	C14230120200001012900000015	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-9C	KD-SY-III-9C	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5517	C14230120200001012900000016	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-Ⅱ-2	KD-SY-Ⅱ-2	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5518	C14230120200001012900000017	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-10A	KD-SY-III-10A	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5519	C14230120200001012900000018	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-10B	KD-SY-III-10B	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5520	C14230120200001012900000019	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-10C	KD-SY-III-10C	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5521	C14230120200001012900000020	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-Ⅱ-3	KD-SY-Ⅱ-3	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5522	C14230120200001012900000021	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-Ⅱ-4	KD-SY-Ⅱ-4	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5523	C14230120200001012900000022	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-Ⅱ-5	KD-SY-Ⅱ-5	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5524	C14230120200001012900000023	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-3A	KD-SY-III-3A	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5525	C14230120200001012900000024	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-3B	KD-SY-III-3B	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5526	C14230120200001012900000025	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-4A	KD-SY-III-4A	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批

5527	C14230120200001012900000026	一次性使用泵用静脉输液套件	KD-SY-III-4B	KD-SY-III-4B	国械注准20243141380	丙类	202-输液器类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品为一次性使用器械，可与压力输注设备配套使用，适用不超过200kPa的压力输注环境，用于药品静脉输注。	一次性使用泵用静脉输液套件包括输液器、延长管、三路开关和防回流阀。其中，输液器由瓶塞穿刺器、滴斗、药液过滤器(孔径15μm）、管路和流量调节器组成。管路材质为聚氯乙烯，增塑剂为TOTM，其他组件的原材料信息见产品技术要求。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第11批
5528	C01031604000002088620000122	电切内窥镜--一次性使用双极电极	279mm	PK-8101	国械注准20153060679	丙类	040-电切环类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	该产品与SM系列等离子双极电切电凝系统配套使用，用于经宫腔对宫内组织进行切除和经尿道对前列腺进行切	该产品由内窥镜、鞘套、闭孔鞘芯、操作器、一次性使用双极电极组成。	通过			第11批
5529	C01031604000002088620000223	电切内窥镜--一次性使用双极电极	279mm	SM-8100	国械注准20153060679	丙类	040-电切环类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	该产品与SM系列等离子双极电切电凝系统配套使用，用于经宫腔对宫内组织进行切除和经尿道对前列腺进行切	该产品由内窥镜、鞘套、闭孔鞘芯、操作器、一次性使用双极电极组成。	通过			第11批

5530	C14040100500000088620000022	等离子双极电切电凝系统-专用双极电极	330mm	SM-8603	国械注准20173014195	丙类	005-手术刀头类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	用于内窥镜下的组织切割和凝血。	系统由等离子体功率源、双踏板脚踏开关、专用双极电极和流体控制器（仅SM40,SM40C型号适用）组成。电极型号详见产品技术要	通过			第11批
5531	C14040100500000088620000172	等离子双极电切电凝系统-专用双极电极	297mm	SM-8502	国械注准20173014195	丙类	005-手术刀头类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	用于内窥镜下的组织切割和凝血。	系统由等离子体功率源、双踏板脚踏开关、专用双极电极和流体控制器（仅SM40,SM40C型号适用）组成。电极型号详见产品技术要	通过			第11批
5532	C14040100500000088620000210	等离子双极电切电凝系统-专用双极电极	279mm	SM-8501	国械注准20173014195	丙类	005-手术刀头类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	用于内窥镜下的组织切割和凝血。	系统由等离子体功率源、双踏板脚踏开关、专用双极电极和流体控制器（仅SM40,SM40C型号适用）组成。电极型号详见产品技术要	通过			第11批
5533	C14020225900006235250000050	医用激光胶片	14*17IN	XY-JGA	浙绍械备20240141	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。	由聚酯（PET)片基包被银盐(卤化银）和保护层（水性聚氨酯）组成	通过			第11批

5534	C14020225900006235250000057	医用激光胶片	14*17IN	XY-JGB	浙绍械备20240141	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。	由聚酯（PET)片基包被银盐(卤化银）和保护层（水性聚氨酯）组成	通过			第11批
5535	C14020225900006235250000003	医用打印胶片	10*12IN	XY-JGDY	浙绍械备20240143	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的超声等医学影像的记录。	由聚酯（PET)片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成	通过			第11批
5536	C14020225900006235250000011	医用打印胶片	14*17IN	XY-PMDY	浙绍械备20240143	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的超声等医学影像的记录。	由聚酯（PET)片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成	通过			第11批
5537	C14020225900006235250000016	医用打印胶片	13*17IN	XY-PMDY	浙绍械备20240143	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的超声等医学影像的记录。	由聚酯（PET)片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成	通过			第11批
5538	C14020225900006235250000021	医用打印胶片	13*17IN	XY-JGDY	浙绍械备20240143	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的超声等医学影像的记录。	由聚酯（PET)片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成	通过			第11批

5539	C03120507903011172020000028	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×23mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5540	C03120507903011172020000029	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×56mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5541	C03120507903011172020000030	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×35mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5542	C03120507903011172020000031	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×25mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5543	C03120507903011172020000032	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×41mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5544	C03120507903011172020000033	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×80mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5545	C03120507903011172020000035	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×55mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5546	C03120507903011172020000037	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×65mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5547	C03120507903011172020000038	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×21mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5548	C03120507903011172020000039	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×32mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5549	C03120507903011172020000040	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×28mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年	通过			第11批
5550	C03120507903011172020000041	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×54mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年	通过			第11批

5551	C03120507903011172020000042	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×32mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5552	C03120507903011172020000043	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×45mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5553	C03120507903011172020000044	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×38mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5554	C03120507903011172020000045	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×22mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5555	C03120507903011172020000048	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×28mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5556	C03120507903011172020000049	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×52mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5557	C03120507903011172020000050	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×25mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5558	C03120507903011172020000051	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×27mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5559	C03120507903011172020000052	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×59mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5560	C03120507903011172020000054	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×24mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5561	C03120507903011172020000056	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×22mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5562	C03120507903011172020000058	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×20mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5563	C03120507903011172020000059	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×20mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5564	C03120507903011172020000060	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×30mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5565	C03120507903011172020000062	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×49mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5566	C03120507903011172020000063	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×53mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5567	C03120507903011172020000064	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×57mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5568	C03120507903011172020000067	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×47mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5569	C03120507903011172020000068	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×43mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5570	C03120507903011172020000069	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×36mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5571	C03120507903011172020000070	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×39mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5572	C03120507903011172020000071	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×40mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5573	C03120507903011172020000072	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×48mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5574	C03120507903011172020000073	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×45mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5575	C03120507903011172020000074	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×60mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5576	C03120507903011172020000076	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×55mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5577	C03120507903011172020000077	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×51mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5578	C03120507903011172020000078	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ5.2×70mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5579	C03120507903011172020000079	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹无头空心螺钉Ⅱ型)φ4.5×29mm	KDWF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5580	C03120507903022172020000003	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×55mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5581	C03120507903022172020000008	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×46mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5582	C03120507903022172020000009	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×58mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5583	C03120507903022172020000011	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×60mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5584	C03120507903022172020000012	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×56mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5585	C03120507903022172020000013	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×42mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5586	C03120507903022172020000015	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×50mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5587	C03120507903022172020000020	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×48mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5588	C03120507903022172020000021	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×54mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5589	C03120507903022172020000022	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×40mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5590	C03120507903022172020000023	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×44mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5591	C03120507903022172020000028	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×52mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5592	C03120507903022172020000035	非锁定空心接骨螺钉	(自攻部分螺纹空心螺钉)φ4.0×45mm	KDQP01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批

5593	C03120507903022172020000109	非锁定空心接骨螺钉	(自攻全螺纹空心螺钉)φ3.0×35mm	KDQF01-ST	国械注准20223130106	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品适用于四肢骨折内固定。可单独使用，也可配合接骨板使用。	该产品由螺钉和垫片组成，由符合ISO5832标准规定的Ti6A14V钛合金材料制成，表面经着色阳极氧化处理。非灭菌包装和灭菌包装，灭菌包装采用辐照灭菌，灭菌有效期5年。	通过			第11批
5594	C03120207903006172020000005	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×52mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年。	通过			第11批

5595	C03120207903006172020000006	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×48mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5596	C03120207903006172020000007	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×50mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5597	C03120207903006172020000008	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×68mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5598	C03120207903006172020000009	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×62mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5599	C03120207903006172020000016	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×58mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5600	C03120207903006172020000022	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×24mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5601	C03120207903006172020000024	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×26mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5602	C03120207903006172020000025	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×66mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5603	C03120207903006172020000030	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×40mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5604	C03120207903006172020000031	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×44mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5605	C03120207903006172020000033	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×30mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5606	C03120207903006172020000034	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×56mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5607	C03120207903006172020000035	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×22mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5608	C03120207903006172020000038	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×70mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5609	C03120207903006172020000039	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×42mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5610	C03120207903006172020000042	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×38mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5611	C03120207903006172020000043	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×54mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5612	C03120207903006172020000045	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×72mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5613	C03120207903006172020000049	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×20mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5614	C03120207903006172020000051	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×46mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5615	C03120207903006172020000053	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×28mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5616	C03120207903006172020000055	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×34mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5617	C03120207903006172020000057	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×32mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批
5618	C03120207903006172020000059	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×64mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年	通过			第11批

5619	C03120207903006172020000060	金属锁定接骨板系统-金属锁定接骨螺钉	(自攻型规则螺纹锥型锁定钉Ⅰ型)φ5.0×36mm	RZLS05	国械注准20223130845	甲类	079-螺钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折内固定。	该产品由金属锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉及填塞钉组成，采用符合GB/T13810规定的TC4钛合金材料制成。产品表面经着色阳极氧化处理，非灭菌包装和辐照灭菌包装，无菌有效期5年。	通过			第11批
5620	C03130508603002172020000002	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度380mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5621	C03130508603002172020000003	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径11mm 长度170mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5622	C03130508603002172020000004	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度240mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5623	C03130508603002172020000006	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径10mm 长度200mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5624	C03130508603002172020000007	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度240mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5625	C03130508603002172020000008	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度300mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5626	C03130508603002172020000013	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径12mm 长度380mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5627	C03130508603002172020000014	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径11mm 长度240mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5628	C03130508603002172020000016	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径9mm 长度170mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5629	C03130508603002172020000018	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度420mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5630	C03130508603002172020000019	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度380mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5631	C03130508603002172020000024	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径12mm 长度340mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5632	C03130508603002172020000029	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径10mm 长度240mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5633	C03130508603002172020000033	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度340mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5634	C03130508603002172020000034	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径12mm 长度240mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5635	C03130508603002172020000037	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径9mm 长度200mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5636	C03130508603002172020000038	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度240mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5637	C03130508603002172020000041	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度380mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5638	C03130508603002172020000042	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径12mm 长度200mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5639	C03130508603002172020000044	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度200mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5640	C03130508603002172020000045	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度300mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5641	C03130508603002172020000046	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度380mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5642	C03130508603002172020000054	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度420mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5643	C03130508603002172020000055	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径12mm 长度300mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5644	C03130508603002172020000059	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度380mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5645	C03130508603002172020000060	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度240mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5646	C03130508603002172020000064	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度420mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5647	C03130508603002172020000066	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度200mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5648	C03130508603002172020000069	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径10mm 长度180mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5649	C03130508603002172020000071	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径12mm 长度300mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5650	C03130508603002172020000074	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度300mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5651	C03130508603002172020000075	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径10mm 长度170mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5652	C03130508603002172020000077	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度200mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5653	C03130508603002172020000081	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度240mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5654	C03130508603002172020000082	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径12mm 长度180mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5655	C03130508603002172020000083	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度340mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5656	C03130508603002172020000084	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度420mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5657	C03130508603002172020000085	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度380mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5658	C03130508603002172020000090	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度340mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5659	C03130508603002172020000091	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度340mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5660	C03130508603002172020000093	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径12mm 长度240mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5661	C03130508603002172020000100	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度300mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5662	C03130508603002172020000105	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度340mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5663	C03130508603002172020000109	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径12mm 长度200mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5664	C03130508603002172020000112	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径11mm 长度180mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5665	C03130508603002172020000113	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度300mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5666	C03130508603002172020000114	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度200mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5667	C03130508603002172020000115	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度240mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5668	C03130508603002172020000116	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度340mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5669	C03130508603002172020000118	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径12mm 长度420mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5670	C03130508603002172020000119	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度200mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5671	C03130508603002172020000120	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度300mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5672	C03130508603002172020000123	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径9mm 长度240mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5673	C03130508603002172020000125	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径9mm 长度180mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5674	C03130508603002172020000128	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径12mm 长度380mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5675	C03130508603002172020000129	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径12mm 长度200mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5676	C03130508603002172020000130	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径12mm 长度340mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5677	C03130508603002172020000131	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径12mm 长度240mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5678	C03130508603002172020000132	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度420mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5679	C03130508603002172020000136	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度420mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5680	C03130508603002172020000138	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径12mm 长度170mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5681	C03130508603002172020000140	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度200mm	DA-PFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5682	C03130508603002172020000141	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径12mm 长度420mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5683	C03130508603002172020000142	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉 直径11mm 长度200mm	DA-PFNA-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5684	C03130508603006172020000001	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度380mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5685	C03130508603006172020000002	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度400mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5686	C03130508603006172020000003	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度300mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5687	C03130508603006172020000004	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度420mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5688	C03130508603006172020000005	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度420mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5689	C03130508603006172020000006	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度360mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5690	C03130508603006172020000007	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度340mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5691	C03130508603006172020000008	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度380mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5692	C03130508603006172020000009	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度420mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5693	C03130508603006172020000010	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度340mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5694	C03130508603006172020000011	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度400mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5695	C03130508603006172020000012	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度360mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5696	C03130508603006172020000013	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度340mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5697	C03130508603006172020000014	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度300mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5698	C03130508603006172020000015	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度400mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5699	C03130508603006172020000016	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度360mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5700	C03130508603006172020000017	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度320mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5701	C03130508603006172020000018	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度420mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5702	C03130508603006172020000019	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度300mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5703	C03130508603006172020000020	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度400mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5704	C03130508603006172020000021	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度400mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5705	C03130508603006172020000022	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度320mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5706	C03130508603006172020000023	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度420mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5707	C03130508603006172020000024	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度340mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5708	C03130508603006172020000025	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度320mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5709	C03130508603006172020000026	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度360mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5710	C03130508603006172020000027	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度300mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5711	C03130508603006172020000028	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度380mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5712	C03130508603006172020000029	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度400mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5713	C03130508603006172020000030	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度360mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5714	C03130508603006172020000031	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径11mm 长度380mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5715	C03130508603006172020000032	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度340mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5716	C03130508603006172020000033	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径9mm 长度320mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5717	C03130508603006172020000034	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径9mm 长度420mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5718	C03130508603006172020000035	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度300mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5719	C03130508603006172020000036	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径11mm 长度340mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5720	C03130508603006172020000037	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(左) 直径10mm 长度320mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5721	C03130508603006172020000038	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度300mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5722	C03130508603006172020000040	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度320mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批

5723	C03130508603006172020000041	金属带锁髓内钉	(股骨带锁髓内钉)主钉(右) 直径10mm 长度380mm	DA-UFN-01	国械注准20223131743	甲类	086-髓内钉类	是-重庆	中选	2024京津冀“3+N”-骨科创伤类带量采购项目	是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢长骨骨折内固定。	该产品由主钉、横锁钉、螺旋刀片和尾钉组成。产品采用符合ISO 5832-3规定的Ti6A14V钛合金材料制造。表面经着色阳极氧化处理。辐照灭菌或非灭菌包装。灭菌有效期为5年。	通过			第11批
5724	C11010817615018040430000024	一次性使用不可吸收结扎夹	JZJ-M02	JZJ-M02	国械注准20183020038	甲类	176-结扎夹类	是-重庆	中选	血管组织闭合用结扎夹类带量采购目录-福建2025	是	331005005	经腹腔镜肝囊肿切除术	含酒精注射	Hem-o-loK结扎夹、生物夹	Hem-o-loK结扎夹	适用于手术中血管、胆囊管、体内其他管状组织的结扎及其他普通结扎术。	一次性使用不可吸收结扎夹由结扎夹、固定盖及底座组成。结扎夹由医用POM（聚甲醛）制成，固定盖采用符合YY 0114-2008医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，底座采用符合GB/T 12672-2009的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌，环	通过			第12批

5725	C11010817615018040430000028	一次性使用不可吸收结扎夹	JZJ-M01	JZJ-M01	国械注准20183020038	甲类	176-结扎夹类	是-重庆	中选	血管组织闭合用结扎夹类带量采购目录-福建2025	是	331005005	经腹腔镜肝囊肿切除术	含酒精注射	Hem-o-loK结扎夹、生物夹	Hem-o-loK结扎夹	适用于手术中血管、胆囊管、体内其他管状组织的结扎及其他普通结扎术。	一次性使用不可吸收结扎夹由结扎夹、固定盖及底座组成。结扎夹由医用POM（聚甲醛）制成，固定盖采用符合YY 0114-2008医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，底座采用符合GB/T 12672-2009的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌，环	通过			第12批

5726	C11010817615018040430000035	一次性使用不可吸收结扎夹	JZJ-L02	JZJ-L02	国械注准20183020038	甲类	176-结扎夹类	是-重庆	中选	血管组织闭合用结扎夹类带量采购目录-福建2025	是	331005005	经腹腔镜肝囊肿切除术	含酒精注射	Hem-o-loK结扎夹、生物夹	Hem-o-loK结扎夹	适用于手术中血管、胆囊管、体内其他管状组织的结扎及其他普通结扎术。	一次性使用不可吸收结扎夹由结扎夹、固定盖及底座组成。结扎夹由医用POM（聚甲醛）制成，固定盖采用符合YY 0114-2008医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，底座采用符合GB/T 12672-2009的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌，环	通过			第12批

5727	C11010817615018040430000036	一次性使用不可吸收结扎夹	JZJ-S01	JZJ-S01	国械注准20183020038	甲类	176-结扎夹类	是-重庆	中选	血管组织闭合用结扎夹类带量采购目录-福建2025	是	331005005	经腹腔镜肝囊肿切除术	含酒精注射	Hem-o-loK结扎夹、生物夹	Hem-o-loK结扎夹	适用于手术中血管、胆囊管、体内其他管状组织的结扎及其他普通结扎术。	一次性使用不可吸收结扎夹由结扎夹、固定盖及底座组成。结扎夹由医用POM（聚甲醛）制成，固定盖采用符合YY 0114-2008医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，底座采用符合GB/T 12672-2009的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌，环	通过			第12批

5728	C11010817615018040430000037	一次性使用不可吸收结扎夹	JZJ-L01	JZJ-L01	国械注准20183020038	甲类	176-结扎夹类	是-重庆	中选	血管组织闭合用结扎夹类带量采购目录-福建2025	是	331005005	经腹腔镜肝囊肿切除术	含酒精注射	Hem-o-loK结扎夹、生物夹	Hem-o-loK结扎夹	适用于手术中血管、胆囊管、体内其他管状组织的结扎及其他普通结扎术。	一次性使用不可吸收结扎夹由结扎夹、固定盖及底座组成。结扎夹由医用POM（聚甲醛）制成，固定盖采用符合YY 0114-2008医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，底座采用符合GB/T 12672-2009的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌，环	通过			第12批

5729	C11010817615018040430000039	一次性使用不可吸收结扎夹	JZJ-S02	JZJ-S02	国械注准20183020038	甲类	176-结扎夹类	是-重庆	中选	血管组织闭合用结扎夹类带量采购目录-福建2025	是	331005005	经腹腔镜肝囊肿切除术	含酒精注射	Hem-o-loK结扎夹、生物夹	Hem-o-loK结扎夹	适用于手术中血管、胆囊管、体内其他管状组织的结扎及其他普通结扎术。	一次性使用不可吸收结扎夹由结扎夹、固定盖及底座组成。结扎夹由医用POM（聚甲醛）制成，固定盖采用符合YY 0114-2008医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料制成，底座采用符合GB/T 12672-2009的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂制成。产品采用环氧乙烷灭菌，应无菌，环	通过			第12批

5730	C04081612300000083850000002	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-Q-1.2/0.6-1000	ZS2-I-Q-1.2/0.6-1000	国械注准20183141712	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	330100018	镇痛泵体内置入术	含置入和取出；包括化疗泵的置入和取出	泵	泵	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。 选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一	通过			第12批

5731	C02072105400000171710000001	球囊扩充压力泵	BID-20	BID-20	湘械注准20222031617	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	用于心血管介入手术中，与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。	产品由外套、芯杆、压力表、连接管和接头组成。外套和接头材质为聚碳酸酯（PC），芯杆材质为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)，连接管材质为聚氨酯（PU）+尼龙，产品经EO灭菌后无菌供应。	通过			第12批

5732	C02072105400000171710000003	球囊扩充压力泵	BID-2015	BID-2015	湘械注准20222031617	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	用于心血管介入手术中，与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。	产品由外套、芯杆、压力表、连接管和接头组成。外套和接头材质为聚碳酸酯（PC），芯杆材质为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)，连接管材质为聚氨酯（PU）+尼龙，产品经EO灭菌后无菌供应。	通过			第12批

5733	C02072105400000171710000006	球囊扩充压力泵	BID-3030	BID-3030	湘械注准20222031617	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	用于心血管介入手术中，与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。	产品由外套、芯杆、压力表、连接管和接头组成。外套和接头材质为聚碳酸酯（PC），芯杆材质为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)，连接管材质为聚氨酯（PU）+尼龙，产品经EO灭菌后无菌供应。	通过			第12批

5734	C02072105400000104950000014	一次性使用球囊扩充压力泵	SCW-BID-20(20mL)	SCW-BID-20(20mL)	粤械注准20162031075	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	主要用于PTCA手术中、对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩展，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。	主要有外套、芯管、压力表、连接管及接头组成。	通过			第12批

5735	C02072105400000104950000015	一次性使用球囊扩充压力泵	SCW-BID1-20(20mL)	SCW-BID1-20(20mL)	粤械注准20162031075	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	主要用于PTCA手术中、对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩展，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。	主要有外套、芯管、压力表、连接管及接头组成。	通过			第12批

5736	C02072105400000104950000016	一次性使用球囊扩充压力泵	SCW-BID1-25(20mL)	SCW-BID1-25(20mL)	粤械注准20162031075	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	主要用于PTCA手术中、对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩展，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。	主要有外套、芯管、压力表、连接管及接头组成。	通过			第12批

5737	C02072105400000104950000017	一次性使用球囊扩充压力泵	SCW-BID1-20(25mL)	SCW-BID1-20(25mL)	粤械注准20162031075	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	主要用于PTCA手术中、对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩展，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。	主要有外套、芯管、压力表、连接管及接头组成。	通过			第12批

5738	C02072105400000104950000018	一次性使用球囊扩充压力泵	SCW-BID-25(20mL)	SCW-BID-25(20mL)	粤械注准20162031075	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	主要用于PTCA手术中、对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩展，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。	主要有外套、芯管、压力表、连接管及接头组成。	通过			第12批

5739	C02072105400000104950000019	一次性使用球囊扩充压力泵	SCW-BID1-30(30mL)	SCW-BID1-30(30mL)	粤械注准20162031075	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		泵	主要用于PTCA手术中、对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩展，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。	主要有外套、芯管、压力表、连接管及接头组成。	通过			第12批

5740	C14230120200001020300000494	一次性使用精密过滤避光输液器	0.55×19RWLB	BPF-5.0S1CN	国械注准20183140525	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	避光输液器	本产品避光范围290nm～450nm，适用于呋塞米注射液、顺铂注射液、盐酸左氧氟沙星注射液、注射用泮托拉唑钠光敏性药物的输注。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件（空气过滤器）、管路、止水夹、三通连接座（选配）、滴管（二通）、滴斗、自动排气装置、流量调节器、注射件（选配）、自动止液药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、外圆锥接头、输液针（选配）组成：输	通过			第12批

5741	C14230120200001020300000502	一次性使用精密过滤避光输液器	0.6×22TWLB	BPF-5.0S1CN	国械注准20183140525	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	避光输液器	本产品避光范围290nm～450nm，适用于呋塞米注射液、顺铂注射液、盐酸左氧氟沙星注射液、注射用泮托拉唑钠光敏性药物的输注。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件（空气过滤器）、管路、止水夹、三通连接座（选配）、滴管（二通）、滴斗、自动排气装置、流量调节器、注射件（选配）、自动止液药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、外圆锥接头、输液针（选配）组成：输	通过			第12批

5742	C14230120200001020300000506	一次性使用精密过滤避光输液器	0.7×25TWLB	BPF-5.0S1CN	国械注准20183140525	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	避光输液器	本产品避光范围290nm～450nm，适用于呋塞米注射液、顺铂注射液、盐酸左氧氟沙星注射液、注射用泮托拉唑钠光敏性药物的输注。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件（空气过滤器）、管路、止水夹、三通连接座（选配）、滴管（二通）、滴斗、自动排气装置、流量调节器、注射件（选配）、自动止液药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、外圆锥接头、输液针（选配）组成：输	通过			第12批

5743	C14230120200001020300000524	一次性使用精密过滤避光输液器	0.55×19RWLB	BPF-5.0S3CN	国械注准20183140525	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	避光输液器	本产品避光范围290nm～450nm，适用于呋塞米注射液、顺铂注射液、盐酸左氧氟沙星注射液、注射用泮托拉唑钠光敏性药物的输注。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件（空气过滤器）、管路、止水夹、三通连接座（选配）、滴管（二通）、滴斗、自动排气装置、流量调节器、注射件（选配）、自动止液药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、外圆锥接头、输液针（选配）组成：输	通过			第12批

5744	C14230120200001020300000530	一次性使用精密过滤避光输液器	0.6×22TWLB	BPF-5.0S3CN	国械注准20183140525	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	避光输液器	本产品避光范围290nm～450nm，适用于呋塞米注射液、顺铂注射液、盐酸左氧氟沙星注射液、注射用泮托拉唑钠光敏性药物的输注。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件（空气过滤器）、管路、止水夹、三通连接座（选配）、滴管（二通）、滴斗、自动排气装置、流量调节器、注射件（选配）、自动止液药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、外圆锥接头、输液针（选配）组成：输	通过			第12批

5745	C14230120200001020300000533	一次性使用精密过滤避光输液器	0.7×25TWLB	BPF-5.0S3CN	国械注准20183140525	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	避光输液器	本产品避光范围290nm～450nm，适用于呋塞米注射液、顺铂注射液、盐酸左氧氟沙星注射液、注射用泮托拉唑钠光敏性药物的输注。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、进气器件（空气过滤器）、管路、止水夹、三通连接座（选配）、滴管（二通）、滴斗、自动排气装置、流量调节器、注射件（选配）、自动止液药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、外圆锥接头、输液针（选配）组成；输	通过			第12批
5746	C12050311802007109720000004	复合疝修补补片	6.5(3.25+3.25)cm×6.5 (2+2+2.5)cm	PCM-0404	国械注准20243130210	甲类	118-修补材料类	否			是	331008022	腹壁缺损修复术	不含膀胱修补和植皮术	补片	补片	该产品适用于腹腔内修补疝、腹壁缺损及腹腔镜下的腹股沟疝。	该产品为双层结构，由丙交酯-己内酯共聚物可吸收膜和聚丙烯单丝和蓝色聚丙烯单丝共同编织的不可吸收网片复合而成，含有引流孔。产品经伽马射线辐照灭菌，一次性使用。产品货架有效	通过			第12批

5747	C14161100400000104950000054	一次性使用有创血压传感器	BPT-Ⅰ-03	BPT-Ⅰ-03	国械注准20213070834	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	本产品用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。	产品由传感器、灌注阀、三通阀、压力信号输出端连线（电缆线和接头）、调节阀、灌注器、保护硅胶、注射器、插板、采血阀固定板、采血阀、两通、延长管、接头、保护	通过			第12批
5748	C14161100400000104950000055	一次性使用有创血压传感器	BPT-Ⅰ-02	BPT-Ⅰ-02	国械注准20213070834	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	本产品用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。	产品由传感器、灌注阀、三通阀、压力信号输出端连线（电缆线和接头）、调节阀、灌注器、保护硅胶、注射器、插板、采血阀固定板、采血阀、两通、延长管、接头、保护	通过			第12批
5749	C14161100400000104950000056	一次性使用有创血压传感器	BPT-Ⅰ-01	BPT-Ⅰ-01	国械注准20213070834	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	本产品用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。	产品由传感器、灌注阀、三通阀、压力信号输出端连线（电缆线和接头）、调节阀、灌注器、保护硅胶、注射器、插板、采血阀固定板、采血阀、两通、延长管、接头、保护	通过			第12批

5750	C14161100400000120190000003	一次性使用有创血压传感器	HXN12-Ⅰ-03	单头	国械注准20223070267	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	本产品用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。	单头、双头血压传感器由灌注器（含瓶塞穿刺器、保护套、滴斗、流量调节器、液路）、压力传感器（含压力腔、灌注阀、压力信号输出端连线）、堵帽、三通阀、传输管路、保护帽和色标组成；带采血系统血压传感器由灌注器（含瓶塞穿刺器、保护套、滴斗、流量调节器、液路）、压力传	通过			第12批
5751	C14161100400000092220000046	一次性使用有创血压传感器	DPT1302	DPT1302	国械注准20243071419	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和静脉压	该产品由传感器、传输管路及灌注器组成。	通过			第12批
5752	C14161100400000092220000047	一次性使用有创血压传感器	DPT1402	DPT1402	国械注准20243071419	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和静脉压	该产品由传感器、传输管路及灌注器组成。	通过			第12批

5753	C14161100400000092220000050	一次性使用有创血压传感器	DPT1602	DPT1602	国械注准20243071419	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和静脉压	该产品由传感器、传输管路及灌注器组成。	通过			第12批
5754	C14161100400000092220000053	一次性使用有创血压传感器	DPT1502	DPT1502	国械注准20243071419	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和静脉压	该产品由传感器、传输管路及灌注器组成。	通过			第12批
5755	C14161100400000092220000062	一次性使用有创血压传感器	DPT1102	DPT1102	国械注准20243071419	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和静脉压	该产品由传感器、传输管路及灌注器组成。	通过			第12批
5756	C14161100400000092220000071	一次性使用有创血压传感器	DPT1702	DPT1702	国械注准20243071419	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和静脉压	该产品由传感器、传输管路及灌注器组成。	通过			第12批
5757	C14161100400000092220000092	一次性使用有创血压传感器	DPT1202	DPT1202	国械注准20243071419	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品与具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和静脉压	该产品由传感器、传输管路及灌注器组成。	通过			第12批

5758	C14161100400000092220000001	一次性使用有创压力传感器	DPT0503	DPT0503	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5759	C14161100400000092220000002	一次性使用有创压力传感器	DPT0501	DPT0501	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5760	C14161100400000092220000003	一次性使用有创压力传感器	DPT0103	DPT0103	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5761	C14161100400000092220000004	一次性使用有创压力传感器	DPT0702	DPT0702	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5762	C14161100400000092220000005	一次性使用有创压力传感器	DPT0502	DPT0502	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批

5763	C14161100400000092220000006	一次性使用有创压力传感器	DPT0704	DPT0704	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5764	C14161100400000092220000008	一次性使用有创压力传感器	DPT0203	DPT0203	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5765	C14161100400000092220000009	一次性使用有创压力传感器	DPT0402	DPT0402	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5766	C14161100400000092220000010	一次性使用有创压力传感器	DPT0401	DPT0401	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5767	C14161100400000092220000011	一次性使用有创压力传感器	DPT0603	DPT0603	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批

5768	C14161100400000092220000012	一次性使用有创压力传感器	DPT0304	DPT0304	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5769	C14161100400000092220000013	一次性使用有创压力传感器	DPT0601	DPT0601	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5770	C14161100400000092220000014	一次性使用有创压力传感器	DPT0703	DPT0703	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5771	C14161100400000092220000015	一次性使用有创压力传感器	DPT0602	DPT0602	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5772	C14161100400000092220000016	一次性使用有创压力传感器	DPT0404	DPT0404	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批

5773	C14161100400000092220000017	一次性使用有创压力传感器	DPT0102	DPT0102	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5774	C14161100400000092220000018	一次性使用有创压力传感器	DPT0104	DPT0104	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5775	C14161100400000092220000019	一次性使用有创压力传感器	DPT0302	DPT0302	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5776	C14161100400000092220000020	一次性使用有创压力传感器	DPT0701	DPT0701	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5777	C14161100400000092220000022	一次性使用有创压力传感器	DPT0303	DPT0303	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批

5778	C14161100400000092220000023	一次性使用有创压力传感器	DPT0204	DPT0204	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5779	C14161100400000092220000025	一次性使用有创压力传感器	DPT0202	DPT0202	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5780	C14161100400000092220000026	一次性使用有创压力传感器	DPT0101	DPT0101	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5781	C14161100400000092220000027	一次性使用有创压力传感器	DPT0403	DPT0403	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批
5782	C14161100400000092220000028	一次性使用有创压力传感器	DPT0504	DPT0504	国械注准20173073316	丙类	004-导管类	否			是	310701025	动脉内压力监测		套管针、测压套件	测压套件	该产品采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使	该产品由传感器、灌注器和传输管路组成。该产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌包装。	通过			第12批

5783	C16040102600007069620000010	一次性使用多通道单孔腹腔镜手术穿刺器	TDC60—211	TDC60—211	浙械注准20242021725	丙类	026-穿刺器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方	穿刺针	穿刺针	产品供腹腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。	产品由主体、器械通道管、注气阀、排气阀、上连接板、下连接板、切口撑开器组成。其中器械通道管由套管、密封帽、阻气阀组成，切口撑开器由撑开器外环、薄膜通道、撑开器内环、拉绳、拉环组成	不通过	除外耗材名称穿刺针与结构组成不一致		第12批
5784	C14070318300000103180000006	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器	HS-SN-2	HS-SN-2	浙械注准20172070294	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	产品与带有"脉搏血氧饱和度"传感器接口的血氧测量设备配套使用，共传输信号用	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器由插头、信号传输电缆芯片部件和辅助贴（选配）组成。	通过			第12批

5785	C14070318300000103180000007	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器	HS-SA-2	HS-SA-2	浙械注准20172070294	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	产品与带有”脉搏血氧饱和度”传感器接口的血氧测量设备配套使用，共传输信号用	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器由插头、信号传输电缆芯片部件和辅助贴（选配）组成。	通过			第12批
5786	C14070318300000103180000009	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器	HS-SP-1	HS-SP-1	浙械注准20172070294	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	产品与带有"脉搏血氧饱和度"传感器接口的血氧测量设备配套使用，共传输信号用	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器由插头、信号传输电缆芯片部件和辅助贴（选配）组成。	通过			第12批
5787	C14070318300000103180000011	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器	HS-SI-2	HS-SI-2	浙械注准20172070294	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	产品与带有"脉搏血氧饱和度"传感器接口的血氧测量设备配套使用，共传输信号用	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器由插头、信号传输电缆芯片部件和辅助贴（选配）组成。	通过			第12批

5788	C14070318300000103180000012	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器	HS-SI-1	HS-SI-1	浙械注准20172070294	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	产品与带有"脉搏血氧饱和度"传感器接口的血氧测量设备配套使用，共传输信号用	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器由插头、信号传输电缆芯片部件和辅助贴（选配）组成。	通过			第12批
5789	C14070318300000103180000014	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器	HS-SP-2	HS-SP-2	浙械注准20172070294	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	产品与带有"脉搏血氧饱和度"传感器接口的血氧测量设备配套使用，共传输信号用	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器由插头、信号传输电缆芯片部件和辅助贴（选配）组成。	通过			第12批
5790	C14070318300000103180000016	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器	HS-SN-1	HS-SN-1	浙械注准20172070294	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	产品与带有"脉搏血氧饱和度"传感器接口的血氧测量设备配套使用，共传输信号用	一次性使用脉搏血氧饱和度传感器由插头、信号传输电缆芯片部件和辅助贴（选配）组成。	通过			第12批

5791	C14070318300000200080000001	一次性使用脑电传感器	Bis4-C1	Bis4-C1	鲁械注准20242070944	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	一端与脑电诊断/监护设备连接，一端与人体头部皮肤连接，供采集、传输脑电生物信号用。	一次性使用脑电传感器由传感导线、泡棉、电极片、插头连接件和背衬组成。	通过			第12批
5792	C14070318300000200080000002	一次性使用脑电传感器	Bis4-A1	Bis4-A1	鲁械注准20242070944	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	一端与脑电诊断/监护设备连接，一端与人体头部皮肤连接，供采集、传输脑电生物信号用。	一次性使用脑电传感器由传感导线、泡棉、电极片、插头连接件和背衬组成。	通过			第12批
5793	C14070318300000200080000003	一次性使用脑电传感器	Bis6-D1	Bis6-D1	鲁械注准20242070944	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	一端与脑电诊断/监护设备连接，一端与人体头部皮肤连接，供采集、传输脑电生物信号用。	一次性使用脑电传感器由传感导线、泡棉、电极片、插头连接件和背衬组成。	通过			第12批

5794	C14070318300000200080000004	一次性使用脑电传感器	Bis4-WG1	Bis4-WG1	鲁械注准20242070944	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	一端与脑电诊断/监护设备连接，一端与人体头部皮肤连接，供采集、传输脑电生物信号用。	一次性使用脑电传感器由传感导线、泡棉、电极片、插头连接件和背衬组成。	通过			第12批
5795	C14070318300000200080000005	一次性使用脑电传感器	S3-1	S3-1	鲁械注准20242070944	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	一端与脑电诊断/监护设备连接，一端与人体头部皮肤连接，供采集、传输脑电生物信号用。	一次性使用脑电传感器由传感导线、泡棉、电极片、插头连接件和背衬组成。	通过			第12批
5796	C14070318300000200080000006	一次性使用脑电传感器	S3-WG1	S3-WG1	鲁械注准20242070944	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	一端与脑电诊断/监护设备连接，一端与人体头部皮肤连接，供采集、传输脑电生物信号用。	一次性使用脑电传感器由传感导线、泡棉、电极片、插头连接件和背衬组成。	通过			第12批

5797	C14070318300000200080000007	一次性使用脑电传感器	Bis4-A2	Bis4-A2	鲁械注准20242070944	丙类	183-贴片类	否			是	FBC05706	脑电双频指数监测	通过使用脑电双频指数监护仪实时连续监测脑电参数，可以反映中枢电活动的变化过程，有效地监测镇静水平，减少药品用量，术后清醒快，术中知晓发生率低	传感器	传感器	一端与脑电诊断/监护设备连接，一端与人体头部皮肤连接，供采集、传输脑电生物信号用。	一次性使用脑电传感器由传感导线、泡棉、电极片、插头连接件和背衬组成。	通过			第12批
5798	C03480511500000012590000013	关节镜刨刀	L14SF	L14SF	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

5799	C01031903700003095520000001	经皮肾穿刺套件	9Fr	猪尾型	辽械注准20212030028	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5800	C01031903700003095520000003	经皮肾穿刺套件	20Fr	肾盂球囊型	辽械注准20212030028	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术,留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5801	C01031903700003095520000004	经皮肾穿刺套件	12Fr	开花型	辽械注准20212030028	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5802	C01031903700003095520000005	经皮肾穿刺套件	14Fr	肾盂球囊型	辽械注准20212030028	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5803	C01031903700003095520000006	经皮肾穿刺套件	12Fr	肾盂球囊型	辽械注准20212030028	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5804	C01031903700003095520000008	经皮肾穿刺套件	10Fr	开花型	辽械注准20212030028	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5805	C01031903700003095520000009	经皮肾穿刺套件	10Fr	猪尾型	辽械注准20212030028	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5806	C01031903700003095520000011	经皮肾穿刺套件	14Fr	开花型	辽械注准20212030028	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5807	C01032003500001095520000026	经皮肾穿刺套件-肾盂球囊型导管	12Fr	球囊容量:1.5mL 全长:340mm	辽械注准20212030028	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术,留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5808	C01032003500001095520000050	经皮肾穿刺套件-肾盂球囊型导管	10Fr	球囊容量:1mL 全长:340mm	辽械注准20212030028	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术,留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5809	C01032003500001095520000053	经皮肾穿刺套件-肾盂球囊型导管	8Fr	球囊容量：1mL 全长:340mm	辽械注准20212030028	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5810	C01032003500001095520000064	经皮肾穿刺套件-肾盂球囊型导管	10Fr	球囊容量:1.5mL 全长:340mm	辽械注准20212030028	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术,留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5811	C01032003500001095520000067	经皮肾穿刺套件-肾盂球囊型导管	16Fr	球囊容量:3mL 全长:340mm	辽械注准20212030028	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术,留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5812	C01032003500001095520000091	经皮肾穿刺套件-肾盂球囊型导管	14Fr	球囊容量:2mL 全长:340mm	辽械注准20212030028	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术,留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5813	C01032003500001095520000108	经皮肾穿刺套件-肾盂球囊型导管	18Fr	球囊容量:5mL 全长:340mm	辽械注准20212030028	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术,留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批

5814	C01032003500001095520000116	经皮肾穿刺套件-肾盂球囊型导管	20Fr	球囊容量:5mL 全长:340mm	辽械注准20212030028	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮肾造瘘术,留置肾盂内用于导尿，最长留置时间30天以内。	本套件为一次性使用无菌产品,灭菌方式为环氧乙烷灭菌。本套件的型号分为猪尾型、开花型、肾盂球囊型、肾盂球囊型导管、开花型导管。猪尾型由猪尾型导管、外矫直管、接续导管、引导针、造影针、固定针、超音波穿刺针、弹簧导丝、扩张管、固定板组成；开花型由开花型导管、接续导	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如针、丝、鞘等属于配套穿刺/引导工具，不属于导管。		第12批
5815	C02070300401007001060000004	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501506503	501506503	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽取血样。	由经外周中心静脉导管及选配件（连接冲洗器、支撑导丝、穿刺针、导管鞘、导丝、一次性使用聚氨酯固定贴膜、导管固定装置、止血带、纸条尺、切管刀）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

5816	C02070300401007001060000005	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501507001	501507001	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽	本产品由经外周中心静脉导管、连接冲洗器、支撑导丝组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。	不通过	除外耗材名称导管与结构组成不一致		第12批
5817	C02070300401007001060000006	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501193503	501193503	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽取血样。	由经外周中心静脉导管及选配件（连接冲洗器、支撑导丝、穿刺针、导管鞘、导丝、一次性使用聚氨酯固定贴膜、导管固定装置、止血带、纸条尺、切管刀）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

5818	C02070300401007001060000009	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501233503	501233503	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽取血样。	由经外周中心静脉导管及选配件（连接冲洗器、支撑导丝、穿刺针、导管鞘、导丝、一次性使用聚氨酯固定贴膜、导管固定装置、止血带、纸条尺、切管刀）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
5819	C02070300401007001060000010	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501234501	501234501	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽	本产品由经外周中心静脉导管、连接冲洗器、支撑导丝组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。	不通过	除外耗材名称导管与结构组成不一致		第12批

5820	C02070300401007001060000012	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501306003	501306003	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽取血样。	由经外周中心静脉导管及选配件（连接冲洗器、支撑导丝、穿刺针、导管鞘、导丝、一次性使用聚氨酯固定贴膜、导管固定装置、止血带、纸条尺、切管刀）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
5821	C02070300401007001060000014	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501307001	501307001	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽	本产品由经外周中心静脉导管、连接冲洗器、支撑导丝组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。	不通过	除外耗材名称导管与结构组成不一致		第12批

5822	C02070300401007001060000015	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501406003	501406003	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽取血样。	由经外周中心静脉导管及选配件（连接冲洗器、支撑导丝、穿刺针、导管鞘、导丝、一次性使用聚氨酯固定贴膜、导管固定装置、止血带、纸条尺、切管刀）组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
5823	C02070300401007070610000011	经外周穿刺中心静脉导管套装	A20033202	A20033202	国械注进20203031534	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	经外周穿刺中心静脉导管临床上用于短期、长期（小于30天或者大于30天），经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行输液、输药和输营养液，也可以用于采集血液样本。3F导管是用于短期或长期（小于30天或者大于30天）经外周静脉穿刺进入中心静脉，适用于新生儿、幼儿和	包括经外周穿刺中心静脉导管（单腔、双腔或三腔）、导管鞘/扩张管、双绞丝探针、导丝、手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置。经外周穿刺中心静脉导管是由聚氨酯材料制成。导管套装通过环氧乙烷灭菌，为一次性使用产品。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置，不属于导管。		第12批

5824	C02070300401007070610000012	经外周穿刺中心静脉导管套装	A20043202	A20043202	国械注进20203031534	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	经外周穿刺中心静脉导管临床上用于短期、长期（小于30天或者大于30天），经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行输液、输药和输营养液，也可以用于采集血液样本。3F导管是用于短期或长期（小于30天或者大于30天）经外周静脉穿刺进入中心静脉，适用于新生儿、幼儿和	包括经外周穿刺中心静脉导管（单腔、双腔或三腔）、导管鞘/扩张管、双绞丝探针、导丝、手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置。经外周穿刺中心静脉导管是由聚氨酯材料制成。导管套装通过环氧乙烷灭菌，为一次性使用产品。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置，不属于导管。		第12批

5825	C02070300401007070610000025	经外周穿刺中心静脉导管套装	A20123203	A20123203	国械注进20203031534	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	经外周穿刺中心静脉导管临床上用于短期、长期（小于30天或者大于30天），经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行输液、输药和输营养液，也可以用于采集血液样本。3F导管是用于短期或长期（小于30天或者大于30天）经外周静脉穿刺进入中心静脉，适用于新生儿、幼儿和	包括经外周穿刺中心静脉导管（单腔、双腔或三腔）、导管鞘/扩张管、双绞丝探针、导丝、手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置。经外周穿刺中心静脉导管是由聚氨酯材料制成。导管套装通过环氧乙烷灭菌，为一次性使用产品。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置，不属于导管。		第12批

5826	C02070300401007070610000027	经外周穿刺中心静脉导管套装	A20043203	A20043203	国械注进20203031534	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	经外周穿刺中心静脉导管临床上用于短期、长期（小于30天或者大于30天），经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行输液、输药和输营养液，也可以用于采集血液样本。3F导管是用于短期或长期（小于30天或者大于30天）经外周静脉穿刺进入中心静脉，适用于新生儿、幼儿和	包括经外周穿刺中心静脉导管（单腔、双腔或三腔）、导管鞘/扩张管、双绞丝探针、导丝、手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置。经外周穿刺中心静脉导管是由聚氨酯材料制成。导管套装通过环氧乙烷灭菌，为一次性使用产品。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置，不属于导管。		第12批

5827	C02070300401007070610000039	经外周穿刺中心静脉导管套装	A20123202	A20123202	国械注进20203031534	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	经外周穿刺中心静脉导管临床上用于短期、长期（小于30天或者大于30天），经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行输液、输药和输营养液，也可以用于采集血液样本。3F导管是用于短期或长期（小于30天或者大于30天）经外周静脉穿刺进入中心静脉，适用于新生儿、幼儿和	包括经外周穿刺中心静脉导管（单腔、双腔或三腔）、导管鞘/扩张管、双绞丝探针、导丝、手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置。经外周穿刺中心静脉导管是由聚氨酯材料制成。导管套装通过环氧乙烷灭菌，为一次性使用产品。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置，不属于导管。		第12批

5828	C02070300401007070610000040	经外周穿刺中心静脉导管套装	A20033203	A20033203	国械注进20203031534	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	经外周穿刺中心静脉导管临床上用于短期、长期（小于30天或者大于30天），经外周静脉进入中心静脉系统，以便进行输液、输药和输营养液，也可以用于采集血液样本。3F导管是用于短期或长期（小于30天或者大于30天）经外周静脉穿刺进入中心静脉，适用于新生儿、幼儿和	包括经外周穿刺中心静脉导管（单腔、双腔或三腔）、导管鞘/扩张管、双绞丝探针、导丝、手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置。经外周穿刺中心静脉导管是由聚氨酯材料制成。导管套装通过环氧乙烷灭菌，为一次性使用产品。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，其他如手术刀、穿刺针、输液接头、注射器、铺巾、镊子、纸尺和固定装置，不属于导管。		第12批
5829	C02070300401007094790000697	耐高压经外周静脉穿刺中心静脉导管	65cm	HPD-4Fr-1T	国械注准20233030390	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	该产品适用于经外周静脉插入中心静脉系统，可短期或长期留置于静脉血管内建立静脉输注通道及进行造影剂的高压注射， 还可用于抽取静脉血样及进行中心静脉压	该产品由PICC导管、T型外延管、带柄导丝、产品经环氧乙烷灭一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

5830	C02070300401007070610000259	脐血管导管	A1500513001	A1500513001	国械注进20233030079	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于对新生儿患者通过脐血管建立短期(＜30天)的血管通路，经脐动脉用于采集血液样本；经脐静脉用于输液。	本产品按包装形式分为复合装和标准装。复合装内含导管、输液接头、三通接头和注射器；标准装内含导管和输液接头。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第12批
5831	C02070300401007070610000274	脐血管导管	A1503513001	A1503513001	国械注进20233030079	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适用于对新生儿患者通过脐血管建立短期(＜30天)的血管通路，经脐动脉用于采集血液样本；经脐静脉用于输液。	本产品按包装形式分为复合装和标准装。复合装内含导管、输液接头、三通接头和注射器；标准装内含导管和输液接头。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效	通过			第12批

5832	C02070100400000092220000366	亲水涂层造影导管	HAC-TIG-06100	HAC-TIG-06100	国械注准20213030369	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质和/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座、导管护套、管体和软头组成，管体表面涂覆亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品货架有效期3年。	通过			第12批

5833	C02062900400012199270000001	外周血栓抽吸导管	ZTA7F120S	ZTA7F120S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5834	C02062900400012199270000002	外周血栓抽吸导管	ZTA9F50A	ZTA9F50A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5835	C02062900400012199270000003	外周血栓抽吸导管	ZTA12F120L	ZTA12F120L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5836	C02062900400012199270000006	外周血栓抽吸导管	ZTA5F90A	ZTA5F90A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5837	C02062900400012199270000008	外周血栓抽吸导管	ZTA12F50M	ZTA12F50M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5838	C02062900400012199270000009	外周血栓抽吸导管	ZTA6F120M	ZTA6F120M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5839	C02062900400012199270000010	外周血栓抽吸导管	ZTA10F50M	ZTA10F50M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5840	C02062900400012199270000012	外周血栓抽吸导管	ZTA8F50A	ZTA8F50A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5841	C02062900400012199270000013	外周血栓抽吸导管	ZTA4F145S	ZTA4F145S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5842	C02062900400012199270000014	外周血栓抽吸导管	ZTA10F50A	ZTA10F50A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5843	C02062900400012199270000015	外周血栓抽吸导管	ZTA6F50S	ZTA6F50S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5844	C02062900400012199270000018	外周血栓抽吸导管	ZTA7F90M	ZTA7F90M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5845	C02062900400012199270000019	外周血栓抽吸导管	ZTA4F90S	ZTA4F90S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5846	C02062900400012199270000021	外周血栓抽吸导管	ZTA7F145S	ZTA7F145S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5847	C02062900400012199270000023	外周血栓抽吸导管	ZTA4F120M	ZTA4F120M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5848	C02062900400012199270000024	外周血栓抽吸导管	ZTA9F50M	ZTA9F50M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5849	C02062900400012199270000025	外周血栓抽吸导管	ZTB5F200	ZTB5F200	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5850	C02062900400012199270000027	外周血栓抽吸导管	ZTA12F50A	ZTA12F50A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5851	C02062900400012199270000028	外周血栓抽吸导管	ZTA5F120A	ZTA5F120A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5852	C02062900400012199270000029	外周血栓抽吸导管	ZTA7F120M	ZTA7F120M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5853	C02062900400012199270000030	外周血栓抽吸导管	ZTA8F90L	ZTA8F90L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5854	C02062900400012199270000031	外周血栓抽吸导管	ZTA5F50S	ZTA5F50S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5855	C02062900400012199270000032	外周血栓抽吸导管	ZTA4F120A	ZTA4F120A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5856	C02062900400012199270000033	外周血栓抽吸导管	ZTB9F90	ZTB9F90	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5857	C02062900400012199270000034	外周血栓抽吸导管	ZTA9F90L	ZTA9F90L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5858	C02062900400012199270000035	外周血栓抽吸导管	ZTA5F50M	ZTA5F50M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5859	C02062900400012199270000036	外周血栓抽吸导管	ZTA6F90M	ZTA6F90M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5860	C02062900400012199270000037	外周血栓抽吸导管	ZTA7F145A	ZTA7F145A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5861	C02062900400012199270000039	外周血栓抽吸导管	ZTA9F135L	ZTA9F135L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5862	C02062900400012199270000041	外周血栓抽吸导管	ZTA12F50L	ZTA12F50L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5863	C02062900400012199270000042	外周血栓抽吸导管	ZTA5F145S	ZTA5F145S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5864	C02062900400012199270000043	外周血栓抽吸导管	ZTA7F120A	ZTA7F120A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5865	C02062900400012199270000044	外周血栓抽吸导管	ZTA4F50S	ZTA4F50S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5866	C02062900400012199270000045	外周血栓抽吸导管	ZTB7F90	ZTB7F90	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5867	C02062900400012199270000046	外周血栓抽吸导管	ZTB8F90	ZTB8F90	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5868	C02062900400012199270000048	外周血栓抽吸导管	ZTB5F90	ZTB5F90	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5869	C02062900400012199270000049	外周血栓抽吸导管	ZTA7F90S	ZTA7F90S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5870	C02062900400012199270000050	外周血栓抽吸导管	ZTA10F90L	ZTA10F90L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5871	C02062900400012199270000052	外周血栓抽吸导管	ZTB10F200	ZTB10F200	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5872	C02062900400012199270000053	外周血栓抽吸导管	ZTA7F50S	ZTA7F50S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5873	C02062900400012199270000054	外周血栓抽吸导管	ZTA5F120M	ZTA5F120M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5874	C02062900400012199270000055	外周血栓抽吸导管	ZTB8F200	ZTB8F200	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5875	C02062900400012199270000056	外周血栓抽吸导管	ZTB5F140	ZTB5F140	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5876	C02062900400012199270000057	外周血栓抽吸导管	ZTA5F50A	ZTA5F50A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5877	C02062900400012199270000058	外周血栓抽吸导管	ZTA6F50A	ZTA6F50A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5878	C02062900400012199270000061	外周血栓抽吸导管	ZTB6F140	ZTB6F140	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5879	C02062900400012199270000062	外周血栓抽吸导管	ZTB12F90	ZTB12F90	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5880	C02062900400012199270000063	外周血栓抽吸导管	ZTA6F145M	ZTA6F145M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5881	C02062900400012199270000064	外周血栓抽吸导管	ZTB9F200	ZTB9F200	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5882	C02062900400012199270000069	外周血栓抽吸导管	ZTA6F50M	ZTA6F50M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5883	C02062900400012199270000070	外周血栓抽吸导管	ZTB7F140	ZTB7F140	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5884	C02062900400012199270000071	外周血栓抽吸导管	ZTB10F90	ZTB10F90	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5885	C02062900400012199270000072	外周血栓抽吸导管	ZTA6F120A	ZTA6F120A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5886	C02062900400012199270000074	外周血栓抽吸导管	ZTA9F120L	ZTA9F120L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5887	C02062900400012199270000075	外周血栓抽吸导管	ZTA9F135M	ZTA9F135M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5888	C02062900400012199270000076	外周血栓抽吸导管	ZTA8F135L	ZTA8F135L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5889	C02062900400012199270000077	外周血栓抽吸导管	ZTA7F90A	ZTA7F90A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5890	C02062900400012199270000078	外周血栓抽吸导管	ZTA4F90M	ZTA4F90M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5891	C02062900400012199270000079	外周血栓抽吸导管	ZTA4F145M	ZTA4F145M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5892	C02062900400012199270000080	外周血栓抽吸导管	ZTB4F200	ZTB4F200	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5893	C02062900400012199270000082	外周血栓抽吸导管	ZTA6F120S	ZTA6F120S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5894	C02062900400012199270000083	外周血栓抽吸导管	ZTA5F90S	ZTA5F90S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5895	C02062900400012199270000085	外周血栓抽吸导管	ZTB9F140	ZTB9F140	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5896	C02062900400012199270000086	外周血栓抽吸导管	ZTA5F145A	ZTA5F145A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5897	C02062900400012199270000088	外周血栓抽吸导管	ZTB6F200	ZTB6F200	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5898	C02062900400012199270000089	外周血栓抽吸导管	ZTA7F145M	ZTA7F145M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5899	C02062900400012199270000090	外周血栓抽吸导管	ZTA9F120A	ZTA9F120A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5900	C02062900400012199270000091	外周血栓抽吸导管	ZTA12F90L	ZTA12F90L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5901	C02062900400012199270000094	外周血栓抽吸导管	ZTA9F135A	ZTA9F135A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5902	C02062900400012199270000098	外周血栓抽吸导管	ZTA5F90M	ZTA5F90M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5903	C02062900400012199270000099	外周血栓抽吸导管	ZTA9F50L	ZTA9F50L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5904	C02062900400012199270000101	外周血栓抽吸导管	ZTA9F90M	ZTA9F90M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5905	C02062900400012199270000102	外周血栓抽吸导管	ZTB4F90	ZTB4F90	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5906	C02062900400012199270000103	外周血栓抽吸导管	ZTA7F50M	ZTA7F50M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5907	C02062900400012199270000104	外周血栓抽吸导管	ZTA5F145M	ZTA5F145M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5908	C02062900400012199270000107	外周血栓抽吸导管	ZTA4F50M	ZTA4F50M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5909	C02062900400012199270000109	外周血栓抽吸导管	ZTA4F50A	ZTA4F50A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5910	C02062900400012199270000110	外周血栓抽吸导管	ZTA10F120L	ZTA10F120L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5911	C02062900400012199270000113	外周血栓抽吸导管	ZTA12F90M	ZTA12F90M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5912	C02062900400012199270000114	外周血栓抽吸导管	ZTA9F120M	ZTA9F120M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5913	C02062900400012199270000115	外周血栓抽吸导管	ZTA4F120S	ZTA4F120S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5914	C02062900400012199270000116	外周血栓抽吸导管	ZTA10F50L	ZTA10F50L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5915	C02062900400012199270000117	外周血栓抽吸导管	ZTB6F90	ZTB6F90	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5916	C02062900400012199270000118	外周血栓抽吸导管	ZTA8F50M	ZTA8F50M	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5917	C02062900400012199270000119	外周血栓抽吸导管	ZTB12F200	ZTB12F200	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5918	C02062900400012199270000120	外周血栓抽吸导管	ZTA4F145A	ZTA4F145A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5919	C02062900400012199270000123	外周血栓抽吸导管	ZTA7F50A	ZTA7F50A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5920	C02062900400012199270000125	外周血栓抽吸导管	ZTA5F120S	ZTA5F120S	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5921	C02062900400012199270000129	外周血栓抽吸导管	ZTB7F200	ZTB7F200	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5922	C02062900400012199270000130	外周血栓抽吸导管	ZTA8F50L	ZTA8F50L	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5923	C02062900400012199270000131	外周血栓抽吸导管	ZTA4F90A	ZTA4F90A	国械注准20253030246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	外周血栓抽吸导管的抽吸导管和分离器预期用于抽吸外周血管内的血栓。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵。	该产品由抽吸导管套件和分离器套件组成。其中，抽吸导管套件包含抽吸导管、止血阀、可撕裂鞘、塑形针和抽吸延长管；分离器套件包含分离器、扭转器和导引器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5924	C02062900400012172430000004	外周血栓抽吸导管	PAC9F120MB	PAC9F120MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5925	C02062900400012172430000005	外周血栓抽吸导管	PAC5F90LB	PAC5F90LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5926	C02062900400012172430000007	外周血栓抽吸导管	PAC10F120MB	PAC10F120MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5927	C02062900400012172430000013	外周血栓抽吸导管	PAC6F50LB	PAC6F50LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5928	C02062900400012172430000014	外周血栓抽吸导管	PAC5F150MB	PAC5F150MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5929	C02062900400012172430000015	外周血栓抽吸导管	PAC4F50MB	PAC4F50MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5930	C02062900400012172430000016	外周血栓抽吸导管	PAC5F50LB	PAC5F50LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5931	C02062900400012172430000017	外周血栓抽吸导管	PAC4F150ST	PAC4F150ST	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5932	C02062900400012172430000018	外周血栓抽吸导管	PAC6F50MB	PAC6F50MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5933	C02062900400012172430000020	外周血栓抽吸导管	PAC4F90LB	PAC4F90LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5934	C02062900400012172430000022	外周血栓抽吸导管	PAC7F120MB	PAC7F120MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5935	C02062900400012172430000023	外周血栓抽吸导管	PAC9F150MB	PAC9F150MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5936	C02062900400012172430000025	外周血栓抽吸导管	PAC10F50LB	PAC10F50LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5937	C02062900400012172430000026	外周血栓抽吸导管	PAC4F120MB	PAC4F120MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5938	C02062900400012172430000028	外周血栓抽吸导管	PAC12F120ST	PAC12F120ST	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5939	C02062900400012172430000030	外周血栓抽吸导管	PAC6F150ST	PAC6F150ST	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5940	C02062900400012172430000033	外周血栓抽吸导管	PAC8F150MB	PAC8F150MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5941	C02062900400012172430000039	外周血栓抽吸导管	PAC7F50LB	PAC7F50LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5942	C02062900400012172430000044	外周血栓抽吸导管	PAC5F120MB	PAC5F120MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5943	C02062900400012172430000045	外周血栓抽吸导管	PAC8F120MB	PAC8F120MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5944	C02062900400012172430000047	外周血栓抽吸导管	PAC8F150ST	PAC8F150ST	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5945	C02062900400012172430000050	外周血栓抽吸导管	PAC8F90MB	PAC8F90MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5946	C02062900400012172430000052	外周血栓抽吸导管	PAC10F90MB	PAC10F90MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5947	C02062900400012172430000055	外周血栓抽吸导管	PAC12F90LB	PAC12F90LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5948	C02062900400012172430000057	外周血栓抽吸导管	PAC10F120ST	PAC10F120ST	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5949	C02062900400012172430000061	外周血栓抽吸导管	PAC12F120MB	PAC12F120MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5950	C02062900400012172430000070	外周血栓抽吸导管	PAC12F50LB	PAC12F50LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5951	C02062900400012172430000073	外周血栓抽吸导管	PAC9F150ST	PAC9F150ST	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5952	C02062900400012172430000075	外周血栓抽吸导管	PAC9F50LB	PAC9F50LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5953	C02062900400012172430000078	外周血栓抽吸导管	PAC4F50LB	PAC4F50LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5954	C02062900400012172430000080	外周血栓抽吸导管	PAC9F120LB	PAC9F120LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5955	C02062900400012172430000082	外周血栓抽吸导管	PAC10F120LB	PAC10F120LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5956	C02062900400012172430000083	外周血栓抽吸导管	PAC7F150ST	PAC7F150ST	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5957	C02062900400012172430000085	外周血栓抽吸导管	PAC4F150MB	PAC4F150MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5958	C02062900400012172430000087	外周血栓抽吸导管	PAC8F50LB	PAC8F50LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5959	C02062900400012172430000090	外周血栓抽吸导管	PAC5F150ST	PAC5F150ST	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5960	C02062900400012172430000091	外周血栓抽吸导管	PAC5F50MB	PAC5F50MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5961	C02062900400012172430000095	外周血栓抽吸导管	PAC8F120LB	PAC8F120LB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5962	C02062900400012172430000096	外周血栓抽吸导管	PAC6F150MB	PAC6F150MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5963	C02062900400012172430000097	外周血栓抽吸导管	PAC7F50MB	PAC7F50MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5964	C02062900400012172430000100	外周血栓抽吸导管	PAC9F90MB	PAC9F90MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5965	C02062900400012172430000102	外周血栓抽吸导管	PAC7F150MB	PAC7F150MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5966	C02062900400012172430000105	外周血栓抽吸导管	PAC6F120MB	PAC6F120MB	国械注准20253031246	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于去除外周血管系统中的血栓。	该产品由抽吸导管和附件组成。抽吸导管由导管座、应力释放管、管身和显影环组成，导管远端涂覆亲水涂层。附件包括导入鞘、塑形针和短Y阀。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5967	C02062900400011172430000007	外周血栓抽吸导管	S20090	S20090	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5968	C02062900400011172430000009	外周血栓抽吸导管	PAC9F90LB	PAC9F90LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5969	C02062900400011172430000010	外周血栓抽吸导管	PAC9F120LB	PAC9F120LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5970	C02062900400011172430000013	外周血栓抽吸导管	S08090	S08090	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5971	C02062900400011172430000014	外周血栓抽吸导管	PAC8F120MB	PAC8F120MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5972	C02062900400011172430000019	外周血栓抽吸导管	PAC12F90LB	PAC12F90LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5973	C02062900400011172430000022	外周血栓抽吸导管	PAC8F120LB	PAC8F120LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5974	C02062900400011172430000023	外周血栓抽吸导管	PAC10F90LB	PAC10F90LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5975	C02062900400011172430000028	外周血栓抽吸导管	S06150	S06150	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5976	C02062900400011172430000029	外周血栓抽吸导管	PAC5F50MB	PAC5F50MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5977	C02062900400011172430000033	外周血栓抽吸导管	PAC5F90LB	PAC5F90LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5978	C02062900400011172430000034	外周血栓抽吸导管	PAC5F50LB	PAC5F50LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5979	C02062900400011172430000038	外周血栓抽吸导管	PAC5F120MB	PAC5F120MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5980	C02062900400011172430000039	外周血栓抽吸导管	PAC10F120LB	PAC10F120LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5981	C02062900400011172430000040	外周血栓抽吸导管	S04180	S04180	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5982	C02062900400011172430000041	外周血栓抽吸导管	PAC12F120MB	PAC12F120MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5983	C02062900400011172430000042	外周血栓抽吸导管	S06180	S06180	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5984	C02062900400011172430000044	外周血栓抽吸导管	S20150	S20150	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5985	C02062900400011172430000045	外周血栓抽吸导管	PAC10F50LB	PAC10F50LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5986	C02062900400011172430000047	外周血栓抽吸导管	PAC7F50MB	PAC7F50MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5987	C02062900400011172430000048	外周血栓抽吸导管	S10180	S10180	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5988	C02062900400011172430000049	外周血栓抽吸导管	PAC4F150ST	PAC4F150ST	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5989	C02062900400011172430000052	外周血栓抽吸导管	PAC9F50LB	PAC9F50LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5990	C02062900400011172430000053	外周血栓抽吸导管	PAC8F150ST	PAC8F150ST	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5991	C02062900400011172430000054	外周血栓抽吸导管	PAC7F150MB	PAC7F150MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5992	C02062900400011172430000055	外周血栓抽吸导管	PAC6F50LB	PAC6F50LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5993	C02062900400011172430000059	外周血栓抽吸导管	PAC4F120MB	PAC4F120MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5994	C02062900400011172430000060	外周血栓抽吸导管	PAC8F150MB	PAC8F150MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5995	C02062900400011172430000061	外周血栓抽吸导管	PAC5F150ST	PAC5F150ST	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5996	C02062900400011172430000062	外周血栓抽吸导管	S08150	S08150	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5997	C02062900400011172430000063	外周血栓抽吸导管	PAC4F90LB	PAC4F90LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5998	C02062900400011172430000067	外周血栓抽吸导管	S08180	S08180	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

5999	C02062900400011172430000069	外周血栓抽吸导管	S15090	S15090	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6000	C02062900400011172430000070	外周血栓抽吸导管	PAC10F120MB	PAC10F120MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6001	C02062900400011172430000071	外周血栓抽吸导管	PAC10F120ST	PAC10F120ST	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6002	C02062900400011172430000076	外周血栓抽吸导管	PAC5F150MB	PAC5F150MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6003	C02062900400011172430000077	外周血栓抽吸导管	PAC7F150ST	PAC7F150ST	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6004	C02062900400011172430000079	外周血栓抽吸导管	PAC4F150MB	PAC4F150MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6005	C02062900400011172430000080	外周血栓抽吸导管	PAC8F90LB	PAC8F90LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6006	C02062900400011172430000081	外周血栓抽吸导管	PAC4F50MB	PAC4F50MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6007	C02062900400011172430000083	外周血栓抽吸导管	S10150	S10150	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6008	C02062900400011172430000086	外周血栓抽吸导管	PAC4F50LB	PAC4F50LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6009	C02062900400011172430000087	外周血栓抽吸导管	PAC9F150MB	PAC9F150MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6010	C02062900400011172430000092	外周血栓抽吸导管	PAC6F150ST	PAC6F150ST	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6011	C02062900400011172430000094	外周血栓抽吸导管	PAC7F120MB	PAC7F120MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6012	C02062900400011172430000095	外周血栓抽吸导管	PAC6F120MB	PAC6F120MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6013	C02062900400011172430000096	外周血栓抽吸导管	S04150	S04150	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6014	C02062900400011172430000099	外周血栓抽吸导管	PAC6F50MB	PAC6F50MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6015	C02062900400011172430000100	外周血栓抽吸导管	PAC7F50LB	PAC7F50LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6016	C02062900400011172430000104	外周血栓抽吸导管	PAC9F120MB	PAC9F120MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6017	C02062900400011172430000105	外周血栓抽吸导管	PAC12F50LB	PAC12F50LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6018	C02062900400011172430000107	外周血栓抽吸导管	S06090	S06090	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6019	C02062900400011172430000108	外周血栓抽吸导管	PAC9F150ST	PAC9F150ST	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6020	C02062900400011172430000109	外周血栓抽吸导管	S15150	S15150	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6021	C02062900400011172430000112	外周血栓抽吸导管	S10090	S10090	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6022	C02062900400011172430000116	外周血栓抽吸导管	PAC6F150MB	PAC6F150MB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6023	C02062900400011172430000119	外周血栓抽吸导管	PAC12F120ST	PAC12F120ST	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6024	C02062900400011172430000121	外周血栓抽吸导管	PAC8F50LB	PAC8F50LB	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6025	C02062900400011172430000124	外周血栓抽吸导管	S04090	S04090	国械注准20253031439	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品用于去除外周血管系统中的血栓，分离器用于移除导管内堵塞的栓塞物质。	该产品由外周血栓抽吸导管套包和分离器套包组成。其中外周血栓抽吸导管套包由外周血栓抽吸导管和其附件导入鞘、塑形针、短Y阀组成；分离器套包由分离器、手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成抽吸导管套件和分离器套件不一致		第12批

6026	C02063400400000102640000002	血管内超声诊断导管	88901	88901	国械注进20193061625	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	通过提供外周血管的横断面图像在血管内评估血管的形态， 作为传统血管造影的辅助手段提供血管腔和管壁的图像并进行尺寸测量。	由圆柱型超声换能器、导管管体组成，仅限于配合美国VOLCANO CORPORATION 公司生产的型号为S5（807300-001）和S5i（807400-001）血管内超声波诊断仪使用。一次性使用产品，环氧乙烷灭菌，有效期3年。	通过			第12批

6027	C10080700400002235570000022	血液透析用中心静脉导管	血液透析用中心静脉导管带对称尖端，含肝素涂层和Tal VenaTrac管芯针，14.5 F/Ch (4.8 mm) x 28 cm	8888145045P	国械注进20233100345	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	适用于急性和慢性血液透析、血浆置换和液体输注。	产品由导管、导丝、穿刺针、隧道探针、扩张器、带安全阀撕脱鞘扩张器、注射器、解剖刀、纱布、伤口敷贴组成。导管管体采用聚氨酯材料制成，导管的外表面（从卡夫到导管尖端）和内表面（从鲁尔接头到导管尖端）均涂有肝素涂层；头端由钨标记带用于在X光下导管头端的定位；导丝	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6028	C10080700400002235570000026	血液透析用中心静脉导管	血液透析用中心静脉导管带对称尖端，含肝素涂层和Tal VenaTrac管芯针，14.5 F/Ch (4.8 mm) x 33 cm	8888145046P	国械注进20233100345	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	适用于急性和慢性血液透析、血浆置换和液体输注。	产品由导管、导丝、穿刺针、隧道探针、扩张器、带安全阀撕脱鞘扩张器、注射器、解剖刀、纱布、伤口敷贴组成。导管管体采用聚氨酯材料制成，导管的外表面（从卡夫到导管尖端）和内表面（从鲁尔接头到导管尖端）均涂有肝素涂层；头端由钨标记带用于在X光下导管头端的定位；导丝	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6029	C1008070040000223557000028	血液透析用中心静脉导管	血液透析用中心静脉导管带对称尖端，含肝素涂层和Tal VenaTrac管芯针，14.5 F/Ch (4.8 mm) x 23 cm	8888145044P	国械注进20233100345	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	适用于急性和慢性血液透析、血浆置换和液体输注。	产品由导管、导丝、穿刺针、隧道探针、扩张器、带安全阀撕脱鞘扩张器、注射器、解剖刀、纱布、伤口敷贴组成。导管管体采用聚氨酯材料制成，导管的外表面（从卡夫到导管尖端）和内表面（从鲁尔接头到导管尖端）均涂有肝素涂层；头端由钨标记带用于在X光下导管头端的定位；导丝	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6030	C1008070040000223557000003O	血液透析用中心静脉导管	血液透析用中心静脉导管带对称尖端，含肝素涂层和Tal VenaTrac管芯针，14.5 F/Ch (4.8 mm) x 19 cm	8888145043P	国械注进20233100345	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	适用于急性和慢性血液透析、血浆置换和液体输注。	产品由导管、导丝、穿刺针、隧道探针、扩张器、带安全阀撕脱鞘扩张器、注射器、解剖刀、纱布、伤口敷贴组成。导管管体采用聚氨酯材料制成，导管的外表面（从卡夫到导管尖端）和内表面（从鲁尔接头到导管尖端）均涂有肝素涂层；头端由钨标记带用于在X光下导管头端的定位；导丝	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6031	C14171400000000021040000001	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）50mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6032	C14171400000000021040000002	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）55mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6033	C14171400000000021040000003	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）60mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6034	C14171400000000021040000004	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）65mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6035	C14171400000000021040000005	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）70mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6036	C14171400000000021040000006	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）20mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6037	C14171400000000021040000008	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）30mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6038	C14171400000000021040000009	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）35mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6039	C14171400000000021040000010	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）40mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6040	C14171400000000021040000011	一次性颅内血肿碎吸引流包	长度（L）45mm	EZL-1型	国械注准20163031657	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	根据颅内血肿位置，选择适宜规格的产品实施颅骨钻孔，使血肿腔内硬通道留置一体化，并可对血肿进行碎吸、引流，最终达到清除血肿的目的。	一次性颅内血肿碎吸引流包由钻头、钻套、钻套芯、钻套帽、冲洗针头组成，组成材质详见规格型号附页。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批
6041	C14250900000002167600000001	一次性使用单腔喉罩气道导管	4.0	HZSSA1	浙械注准20242081116	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和指示气囊组成。	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6042	C14250900000002167600000002	一次性使用单腔喉罩气道导管	2.5	HZSSA1	浙械注准20242081116	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和指示气囊组成。	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6043	C14250900000002167600000007	一次性使用单腔喉罩气道导管	3.0	HZSSA1	浙械注准20242081116	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和指示气囊组成。	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6044	C01021100400002143250000002	一次性使用胆胰管内窥镜导管	LAN-EP-3516	LAN-EP-3516	浙械注准20212060560	甲类	004-导管类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	导管	本产品与内窥镜图像处理器配合使用，专为胰胆系统的内镜手术提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作	本产品由手柄和插入部分组成，一次性使用。无菌提供。	通过			第12批
6045	C01021100400002143250000004	一次性使用胆胰管内窥镜导管	LAN-EP-3516S	LAN-EP-3516S	浙械注准20212060560	甲类	004-导管类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	导管	本产品与内窥镜图像处理器配合使用，专为胰胆系统的内镜手术提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作	本产品由手柄和插入部分组成，一次性使用。无菌提供。	通过			第12批
6046	C01021100400002143250000005	一次性使用胆胰管内窥镜导管	LAN-EP-2612S	LAN-EP-2612S	浙械注准20212060560	甲类	004-导管类	否			是	310903003	经十二指肠镜胆道结石取出术	包括取异物、取蛔虫	导管、导丝、取石网篮、内镜切开刀、气囊	导管	本产品与内窥镜图像处理器配合使用，专为胰胆系统的内镜手术提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作	本产品由手柄和插入部分组成，一次性使用。无菌提供。	通过			第12批

6047	C01021100400002023490000001	一次性使用电子胆道内窥镜导管	650	WA	吉械注准20232060651	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用，通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频手术附件配合使用。	产品由头端部、弯曲部、插入部、操作部及连接部组成。	通过			第12批

6048	C0102110040000202349000000 2	一次性使用电子胆道内窥镜导管	650	WB	吉械注准20232060651	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用，通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频手术附件配合使用。	产品由头端部、弯曲部、插入部、操作部及连接部组成。	通过			第12批

6049	C01021100400002023490000003	一次性使用电子胆道内窥镜导管	450	WB	吉械注准20232060651	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用，通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频手术附件配合使用。	产品由头端部、弯曲部、插入部、操作部及连接部组成。	通过			第12批

6050	C01021100400002023490000004	一次性使用电子胆道内窥镜导管	450	WA	吉械注准20232060651	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用，通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频手术附件配合使用。	产品由头端部、弯曲部、插入部、操作部及连接部组成。	通过			第12批

6051	C0102110040000202349000000 5	一次性使用电子胆道内窥镜导管	700	WA	吉械注准20232060651	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用，通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频手术附件配合使用。	产品由头端部、弯曲部、插入部、操作部及连接部组成。	通过			第12批

6052	C01021100400002023490000006	一次性使用电子胆道内窥镜导管	700	WB	吉械注准20232060651	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用，通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频手术附件配合使用。	产品由头端部、弯曲部、插入部、操作部及连接部组成。	通过			第12批

6053	C01021100400002023490000007	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C1-D3	WA	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6054	C01021100400002023490000008	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C1	WA	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6055	C01021100400002023490000015	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C1-D3-E	WA	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6056	C01021100400002023490000016	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C2-D1	WB	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6057	C01021100400002023490000020	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C2-D1-E	WB	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6058	C01021100400002023490000030	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C1-E	WA	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6059	C01021100400002023490000031	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C2	WB	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6060	C01021100400002023490000033	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C1-D2-E	WA	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6061	C01021100400002023490000034	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件	450-C1-D2	WA	吉械注准20252060324	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	该产品为一次性使用医疗器械，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(WHTX-110型)配套使用。通过电子内窥镜图像处理器提供影像，供在胆道胆管的观察、诊断、摄影和治疗，以及取出结石、异物用。不能与高频手术附件配合使用。	一次性使用电子胆道内窥镜导管取石套件由一次性使用电子胆道内窥镜导管、一次性使用无菌内窥镜取石网篮和可选配附件组成，可选配附件包括胆道镜矫直导管和胆囊管扩张导管。	通过			第12批

6062	C01031800400001198420000023	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-SP	C50-SP	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6063	C01031800400001198420000024	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-SG	C50-SG	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6064	C01031800400001198420000025	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-CSV	C50-CSV	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6065	C01031800400001198420000026	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-CSP	C50-CSP	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6066	C01031800400001198420000027	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-SV	C50-SV	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6067	C01031800400001198420000028	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-CA	C50-CA	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6068	C01031800400001198420000029	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-A	C50-A	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6069	C01031800400001198420000030	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-CV	C50-CV	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6070	C01031800400001198420000031	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-ST	C50-ST	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6071	C01031800400001198420000032	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-CP	C50-CP	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6072	C01031800400001198420000034	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-C0	C50-C0	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6073	C01031800400001198420000035	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-S0	C50-S0	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-S0型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6074	C01031800400001198420000036	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-G	C50-G	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6075	C01031800400001198420000037	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-V	C50-V	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6076	C01031800400001198420000038	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-0	C50-0	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6077	C01031800400001198420000040	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-CG	C50-CG	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6078	C01031800400001198420000041	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-CST	C50-CST	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6079	C01031800400001198420000043	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-CS0	C50-CS0	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6080	C01031800400001198420000044	一次性使用电子膀胱成像导管	C50-T	C50-T	粤械注准20242060498	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，用于诊疗过程中提供膀胱的图像。	本产品主要由头端部、弯曲部、插入部、操作部、工作通道和连接部组成。附件为无菌保护套（仅C50/C50-R/C50-B/C50-BR/C50-G/C50-A/C50-T/C50-V/C50-P/C50-O/C50-SG/C50-SA/C50-ST/C50-SV/C50-SP/C50-SO型号适用）和三通阀。C50-B/C50-CB/C50-	通过			第12批

6081	C01024400000000218020000002	一次性使用电子上消化道成像导管	XZING-W200B	XZING-W200B	粤械注准20222060360	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品与XZING-S2型电子内窥镜图像处理器配合使用，通过视频显示器用于对上消化道（其中十二指肠部分仅包括十二指肠球部和降段）的观察、诊断、摄影、治疗。	由头端部、弯曲部、插入部、操作部组成。	通过			第12批

6082	C01024400000000218020000006	一次性使用电子上消化道成像导管	DG-R300M	DG-R300M	粤械注准20242061632	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品与本公司电子内窥镜图像处理器（XZING-S2）配合使用，通过视频显示器用于对上消化道(其中十二指肠部分仅包括十二指肠球部和降段)的观察、诊断、摄影、治疗。	由头端部、弯曲部、插入部、操作部组成。	通过			第12批

6083	C01024400000000218020000005	一次性使用电子上消化道成像导管	DG-T300S	DG-T300S	粤械注准20242061633	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品与本公司的电子内窥镜图像处理器（XZING-S2）配合使用，通过视频显示器用于对上消化道（不包含十二指肠）的观察、诊断、摄影、治疗。	由头端部、弯曲部、插入部、操作部组成。	通过			第12批

6084	C01031800400001076550000017	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q3 W2	V2E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6085	C01031800400001076550000020	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q4 W1	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6086	C01031800400001076550000021	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q2 W2	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6087	C01031800400001076550000025	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q7 W2	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6088	C01031800400001076550000051	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D3 Q7	V2E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6089	C01031800400001076550000052	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D2 W2	V2E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6090	C01031800400001076550000094	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q5 W1	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6091	C01031800400001076550000104	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q5 W1	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6092	C01031800400001076550000126	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q1	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6093	C01031800400001076550000127	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q6 W1	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6094	C01031800400001076550000129	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q3 W1	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6095	C01031800400001076550000146	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D1 Q7	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6096	C01031800400001076550000152	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V2E D4 Q6 W2	V2E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6097	C01031800400001076550000165	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q2	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6098	C01031800400001076550000183	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q6	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6099	C01031800400001076550000204	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E Q3 W2	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6100	C01031800400001076550000218	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q6 W2	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6101	C01031800400001076550000230	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D2 Q7	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6102	C01031800400001076550000248	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D4 Q5	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6103	C01031800400001076550000265	一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管及附件	V1E D3 Q7 W2	V1E	湘械注准20232060927	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M1000)配合使用，经尿道插入输尿管、肾盂内或者经皮插入肾盂内，对尿道、输尿管、肾盂进行观察、诊断、摄影和治疗。不能与高频诊疗附件配合使用。	该产品由必选件:包括一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管V1E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管(手柄、锥形套、钳道口、插入部、插入软管、弯曲部、先端部、电缆线、先端头、CMOS摄像头、LED灯)和三通接头组成:一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 V2E(以下简称内窥镜导管)由内窥镜	通过			第12批

6104	C01024400000000218020000001	一次性使用电子下消化道成像导管	XZING-C200B	XZING-C200B	粤械注准20222060660	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品与XZING-S2型电子内窥镜图像处理器配合使用，通过视频显示器用于成人下消化道(包括肛门、直肠、结肠和回盲部)的内镜观察、诊断和治疗。	由头端部、弯曲部、插入部、操作部组成。	通过			第12批

6105	C0102440000000021802000003	一次性使用电子下消化道成像导管	DC-T300S	DC-T300S	粤械注准20242061613	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	与本公司电子内窥镜图像处理器配合使用，通过视频显示器用于成人下消化道(包括乙状结肠、直肠、肛门)的内镜观察、诊断、治疗。	由头端部、弯曲部、插入部、操作部组成。	通过			第12批

6106	C01024400000000218020000004	一次性使用电子下消化道成像导管	DC-T300M	DC-T300M	粤械注准20242061620	丙类	000--	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	该产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器配合使用，通过视频显示器 用于成人下消化道(包括肛门、直肠、结肠和回盲段)的内镜观察、诊断和治疗。	由头端部、弯曲部、插入部、操作部组成。	通过			第12批

6107	C01031203800006169760000001	一次性使用封堵取石导管	VFD-3.0-7	VFD-3.0-7	湘械注准20242020674	丙类	038-封堵器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住，操控和取出结石及其他异物用。	一次性使用封堵取石导管由扭矩、内芯、护鞘管、包塑层、前后挡块和软头组成。扭矩柄材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)护鞘管材料为聚醚醚酮(PEEK)；内芯材料为镍钛合金；前后挡块材料为304不锈钢；包塑层和软头材料均为聚四氟乙烯(PTFE)。产品经环氧乙烷灭菌，以无菌状态供	通过			第12批

6108	C01031203800006169760000002	一次性使用封堵取石导管	VFD-3.0-10	VFD-3.0-10	湘械注准20242020674	丙类	038-封堵器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住，操控和取出结石及其他异物用。	一次性使用封堵取石导管由扭矩、内芯、护鞘管、包塑层、前后挡块和软头组成。扭矩柄材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)护鞘管材料为聚醚醚酮(PEEK)；内芯材料为镍钛合金；前后挡块材料为304不锈钢；包塑层和软头材料均为聚四氟乙烯(PTFE)。产品经环氧乙烷灭菌，以无菌状态供	通过			第12批

6109	C02021800400000091240000014	一次性使用冠脉造影导管	LPJR40050100	LPJR40050100	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6110	C02021800400000091240000016	一次性使用冠脉造影导管	LPC00250100	LPC00250100	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6111	C02021800400000091240000021	一次性使用冠脉造影导管	LPC00050100	LPC00050100	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6112	C02021800400000091240000058	一次性使用冠脉造影导管	LPJL35050100	LPJL35050100	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6113	C02021800400000091240000065	一次性使用冠脉造影导管	LPLCB00050100	LPLCB00050100	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6114	C02021800400000091240000075	一次性使用冠脉造影导管	LPP45650110	LPP45650110	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6115	C02021800400000091240000078	一次性使用冠脉造影导管	LPP80050110	LPP80050110	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6116	C02021800400000091240000081	一次性使用冠脉造影导管	LPJR35050100	LPJR35050100	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6117	C02021800400000091240000163	一次性使用冠脉造影导管	LPAL10050100	LPAL10050100	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6118	C02021800400000091240000177	一次性使用冠脉造影导管	LPP80650110	LPP80650110	国械注准20173034371	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品适用于冠状动脉造影手术时输送造影剂。	该产品由导管和导管座组成，导管主体由三层材料组成，内层为Teflon，中间为304不锈钢丝网，外层为尼龙，导管远端/头端/护管由尼龙制成，导管座材料为聚碳酸酯。根据尖端构形和尺寸的不同分为不同规格。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批
6119	C14250900000002167600000025	一次性使用喉罩气道导管	4.0	HZYXS2B	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6120	C14250900000002167600000028	一次性使用喉罩气道导管	3.0	HZYXS1B	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6121	C14250900000002167600000029	一次性使用喉罩气道导管	4.0	HZYXS1B	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6122	C14250900000002167600000032	一次性使用喉罩气道导管	2.5	HZYXS1B	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6123	C14250900000002167600000035	一次性使用喉罩气道导管	3.0	HZYXS1	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6124	C14250900000002167600000040	一次性使用喉罩气道导管	2.5	HZYXS2B	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6125	C14250900000002167600000043	一次性使用喉罩气道导管	4.0	HZYXS1	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6126	C14250900000002167600000046	一次性使用喉罩气道导管	3.0	HZYXS2	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6127	C14250900000002167600000047	一次性使用喉罩气道导管	4.0	HZYXS2	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6128	C14250900000002167600000048	一次性使用喉罩气道导管	3.0	HZYXS2B	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6129	C14250900000002167600000053	一次性使用喉罩气道导管	2.5	HZYXS1	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6130	C14250900000002167600000054	一次性使用喉罩气道导管	2.5	HZYXS2	浙械注准20242081737	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、连接件、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀、指示气囊和延长接头组成，罩囊分为有背囊和无背囊两种，延长接头为选配件	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6131	C02070300402005094790000231	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	30cm	PB-1.9Fr-1-A-H	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6132	C02070300402005094790000240	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	30CM	PB-3Fr-1-A	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批

6133	C02070300402005094790000281	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	65cm	PB-5Fr-1-A-H	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6134	C02070300402005094790000291	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	70cm	PF-4Fr-1-A-N	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6135	C02070300402005094790000299	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	25cm	PB-1.9Fr-1-A-H	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6136	C02070300402005094790000300	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	65cm	PB-4Fr-1-A-H	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6137	C02070300402005094790000307	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	70cm	PF-4Fr-1-B-N	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批

6138	C02070300402005094790000309	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	65cm	PB-5Fr-1-C-H	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6139	C02070300402005094790000321	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	30cm	PB-1.9Fr-1-A	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6140	C02070300402005094790000340	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	65cm	PB-4Fr-1-C-H	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6141	C02070300402005094790000610	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	30cm	PMB-4Fr-1-E-H	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6142	C02070300402005094790000736	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	60cm	PMB-4Fr-1-E-H	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批

6143	C02070300402005094790001048	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	8cm	PD-3Fr-1	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6144	C02070300402005094790001100	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	35cm	PD-4Fr-1	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6145	C02070300402005094790001160	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	65cm	PB-5Fr-1-B-N	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批
6146	C02070300402005094790001500	一次性使用经外周穿刺中心静脉导管	30cm	PMB-1.9Fr-1-A	国械注准20153032016	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	适于建立血管通路，可用于采集血液样本以及注入药液或溶液。	由导管、导丝、导入鞘或导管鞘及T型外延管(部分型号)构成;产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使	不通过	除外耗材名称为导管，与结构组成不一致		第12批

6147	C14150400400000068470000012	一次性使用脑部扩张导引管	NQⅡ-1550	NQⅡ-1550	甘械注准20192030040	丙类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	一次性使用脑部扩张导引管适用于脑部手术中提供一个可视化工作通道的管状压脑装置。	一次性使用脑部扩张导引管为透明管状设计，主要由聚碳酸酯制成，设置为三种型号，其中I型和II型由扩张管，导引管和锁定开关组成，III型为单扩张管结构（为有开槽和无卡槽）。一次性使用脑部扩张导引管为无菌包装。	通过			第12批

6148	C14150400400000068470000028	一次性使用脑部扩张导引管	NQⅡ-1350	NQⅡ-1350	甘械注准20192030040	丙类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	一次性使用脑部扩张导引管适用于脑部手术中提供一个可视化工作通道的管状压脑装置。	一次性使用脑部扩张导引管为透明管状设计，主要由聚碳酸酯制成，设置为三种型号，其中I型和II型由扩张管，导引管和锁定开关组成，III型为单扩张管结构（为有开槽和无卡槽）。一次性使用脑部扩张导引管为无菌包装。	通过			第12批

6149	C14150400400000107930000040	一次性使用脑部牵开导引导管	LW101009	V型	吉械注准20212140216	丙类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导管	适用于临床颅内手术中阻挡术野周围的软组织。	Ⅰ型、Ⅱ型 导管由一个引导器和一个牵开器组成，这两个部分由一个弹簧锁扣链接。Ⅲ型、Ⅴ型导管由一个引导器和一个牵开器组成，这两个部分由一个弹簧锁扣链接，并附带导向支架，导向夹、变径管、入路扩张器、穿刺针、导向针、刻度尺。其中导向支架、导向夹、变径管采用ABS材料制	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6150	C01031800400001076550000277	一次性使用内窥镜导管	RY8703.534	RY8703.534	湘械注准20252060568	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M100)配合使用，用于为输尿管和肾脏疾病诊断和治疗提供图像，不于高频手术设备配合使用。	一次性使用内窥镜导管(以下简称:内窥镜导管)由电缆插头、电缆线、操作部(包含水阀、器械通道、通用阀)、插入部(包含插入管、先端部)组成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第12批

6151	C01031800400001076550000278	一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管	RCY-V1E	RCY-V1E	湘械注准20252060605	甲类	004-导管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		导管	本产品与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(RCV-M100)配合使用，通过视频监视器提供图像，用于对泌尿系统的体内管腔和体腔，包括尿道、膀胱、肾盂(经皮插入)进行观察、摄影。	一次性使用软性电子膀胱内窥镜导管(以下简称内窥镜导管)由内窥镜导管主体、三通阀门组件组成。内窥镜导管主体由插入部、操作部、电缆线和电缆接头构成，含内置光源;三通阀门组件由三通接头和直通阀组成。本产品为一次性使用，经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第12批
6152	C14250900000002167600000015	一次性使用双腔喉罩气道导管	4.0	HZDSB1	浙械注准20242081397	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	本产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。	产品由罩囊、连接件、指示气囊、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和引流孔组成;气道导管由主腔和引流腔组成;罩囊由罩囊和背囊	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6153	C14250900000002167600000017	一次性使用双腔喉罩气道导管	3.0	HZDSA1	浙械注准20242081397	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	本产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。	产品由罩囊、连接件、指示气囊、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和引流孔组成;气道导管由主腔和引流腔组成;罩囊由罩囊和背囊	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6154	C14250900000002167600000018	一次性使用双腔喉罩气道导管	2.5	HZDSA1	浙械注准20242081397	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	本产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。	产品由罩囊、连接件、指示气囊、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和引流孔组成;气道导管由主腔和引流腔组成;罩囊由罩囊和背囊	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6155	C14250900000002167600000021	一次性使用双腔喉罩气道导管	2.5	HZDSB1	浙械注准20242081397	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	本产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。	产品由罩囊、连接件、指示气囊、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和引流孔组成;气道导管由主腔和引流腔组成;罩囊由罩囊和背囊	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6156	C14250900000002167600000023	一次性使用双腔喉罩气道导管	3.0	HZDSB1	浙械注准20242081397	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	本产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。	产品由罩囊、连接件、指示气囊、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和引流孔组成;气道导管由主腔和引流腔组成;罩囊由罩囊和背囊	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批
6157	C14250900000002167600000024	一次性使用双腔喉罩气道导管	4.0	HZDSA1	浙械注准20242081397	丙类	000--	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管：包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	导管	本产品用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。	产品由罩囊、连接件、指示气囊、气道导管、机器端接口、充气管、单向阀和引流孔组成;气道导管由主腔和引流腔组成;罩囊由罩囊和背囊	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6158	C01032003500001110810000001	一次性使用无菌经皮肾引流管	YH-NDC-18F	YH-NDC-18F	鄂械注准20232144504	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮穿刺肾造瘘术中起引流作用。	经皮肾引流管由管身、球囊、尖部、排泄锥形接口、充起锥形接口和阀组成。经皮肾引流管的管身、球囊、尖部、排泄锥形接口、充起锥形接口由硅胶制成，阀由聚碳酸酯（PC）制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第12批

6159	C01032003500001110810000002	一次性使用无菌经皮肾引流管	YH-NDC-12F	YH-NDC-12F	鄂械注准20232144504	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮穿刺肾造瘘术中起引流作用。	经皮肾引流管由管身、球囊、尖部、排泄锥形接口、充起锥形接口和阀组成。经皮肾引流管的管身、球囊、尖部、排泄锥形接口、充起锥形接口由硅胶制成，阀由聚碳酸酯（PC）制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第12批

6160	C01032003500001110810000003	一次性使用无菌经皮肾引流管	YH-NDC-14F	YH-NDC-14F	鄂械注准20232144504	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮穿刺肾造瘘术中起引流作用。	经皮肾引流管由管身、球囊、尖部、排泄锥形接口、充起锥形接口和阀组成。经皮肾引流管的管身、球囊、尖部、排泄锥形接口、充起锥形接口由硅胶制成，阀由聚碳酸酯（PC）制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第12批

6161	C01032003500001110810000004	一次性使用无菌经皮肾引流管	YH-NDC-16F	YH-NDC-16F	鄂械注准20232144504	丙类	035-引流装置类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	用于经皮穿刺肾造瘘术中起引流作用。	经皮肾引流管由管身、球囊、尖部、排泄锥形接口、充起锥形接口和阀组成。经皮肾引流管的管身、球囊、尖部、排泄锥形接口、充起锥形接口由硅胶制成，阀由聚碳酸酯（PC）制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	通过			第12批

6162	C02021600400000144730000002	一次性使用血管内成像导管	Insight-100-1350i	Insight-100-1350i	国械注准20243060392	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品与光学干涉断层成像系统（型号：Insight-100h）配合使用，用于在医疗机构中对需要进行腔内介入治疗患者的冠状动脉成像。成像导管适用于直径2.0到3.5mm的血管，不适用于左冠状动脉主干或以前做过旁路手术的目标血管。	成像导管分为外管和导管芯两部分。外管由导管头端、显影环、成像窗、远端导管轴、近端导管轴、装配调整管、外壳连接端口、导管识别标签、保护帽组成。导管芯由光纤透镜、显影环、扭力传导管、镍钛合金管和光纤连接器组成。	通过			第12批

6163	C02072005400000104950000051	一次性使用压力延长管-介入附件	YCGH*4.0Tmm，有效长度150cm	高压延长管	国械注准20173144592	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。	本产品分为高压延长管、静脉延长管两种型号。结构由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成，Y型螺旋高压延长管还含有单向阀和Y-三通；内圆锥接头、外圆锥接头、单向阀、Y-三通由1805聚碳酸酯（PC）制成，其中单向阀内的密封圈由硅橡胶制成;延长管路由聚氯乙烯（PVC）制	通过			第12批

6164	C02072005400000104950000063	一次性使用压力延长管-介入附件	YCGH*4.0Tmm，有效长度250cm	高压延长管	国械注准20173144592	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。	本产品分为高压延长管、静脉延长管两种型号。结构由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成，Y型螺旋高压延长管还含有单向阀和Y-三通；内圆锥接头、外圆锥接头、单向阀、Y-三通由1805聚碳酸酯（PC）制成，其中单向阀内的密封圈由硅橡胶制成;延长管路由聚氯乙烯（PVC）制	通过			第12批

6165	C02072005400000104950000065	一次性使用压力延长管-介入附件	YCGH*4.0Tmm，有效长度320cm	高压延长管	国械注准20173144592	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。	本产品分为高压延长管、静脉延长管两种型号。结构由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成，Y型螺旋高压延长管还含有单向阀和Y-三通；内圆锥接头、外圆锥接头、单向阀、Y-三通由1805聚碳酸酯（PC）制成，其中单向阀内的密封圈由硅橡胶制成;延长管路由聚氯乙烯（PVC）制	通过			第12批

6166	C02072005400000104950000073	一次性使用压力延长管-介入附件	YCGH*4.0T mm，有效长度200cm	高压延长管	国械注准20173144592	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。	本产品分为高压延长管、静脉延长管两种型号。结构由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成，Y型螺旋高压延长管还含有单向阀和Y-三通；内圆锥接头、外圆锥接头、单向阀、Y-三通由1805聚碳酸酯（PC）制成，其中单向阀内的密封圈由硅橡胶制成;延长管路由聚氯乙烯（PVC）制	通过			第12批

6167	C14161000400000104950000022	一次性使用压力延长管	YCGH*3.6Y mm，有效长度250cm（15/15）	高压延长管	国械注准20173144592	丙类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。	本产品分为高压延长管、静脉延长管两种型号。结构由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成，Y型螺旋高压延长管还含有单向阀和Y-三通；内圆锥接头、外圆锥接头、单向阀、Y-三通由1805聚碳酸酯（PC）制成，其中单向阀内的密封圈由硅橡胶制成;延长管路由聚氯乙烯（PVC）制	通过			第12批

6168	C14161000400000104950000031	一次性使用压力延长管	YCGH*3.6Y mm，有效长度250cm（25/10）	高压延长管	国械注准20173144592	丙类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。	本产品分为高压延长管、静脉延长管两种型号。结构由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成，Y型螺旋高压延长管还含有单向阀和Y-三通；内圆锥接头、外圆锥接头、单向阀、Y-三通由1805聚碳酸酯（PC）制成，其中单向阀内的密封圈由硅橡胶制成;延长管路由聚氯乙烯（PVC）制	通过			第12批

6169	C14161000400000104950000035	一次性使用压力延长管	YCGH*3.6Y mm，有效长度225cm（15/8）	高压延长管	国械注准20173144592	丙类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。	本产品分为高压延长管、静脉延长管两种型号。结构由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成，Y型螺旋高压延长管还含有单向阀和Y-三通；内圆锥接头、外圆锥接头、单向阀、Y-三通由1805聚碳酸酯（PC）制成，其中单向阀内的密封圈由硅橡胶制成;延长管路由聚氯乙烯（PVC）制	通过			第12批

6170	C14161000400000104950000049	一次性使用压力延长管	YCGH*3.0Smm，有效长度150cm	高压延长管	国械注准20173144592	丙类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品适用于压力监测管路的连接、输液、输血转向。	本产品分为高压延长管、静脉延长管两种型号。结构由内圆锥接头、延长管、外圆锥接头和保护帽组成，Y型螺旋高压延长管还含有单向阀和Y-三通；内圆锥接头、外圆锥接头、单向阀、Y-三通由1805聚碳酸酯（PC）制成，其中单向阀内的密封圈由硅橡胶制成;延长管路由聚氯乙烯（PVC）制	通过			第12批

6171	C02072005400000092220000005	一次性使用压力延长管	120cm	120cm	沪械注准20242030121	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品用于介入手术中压力检测管路中的连接和输液。	压力延长管由母鲁尔接头、软管和公鲁尔接头组成。母鲁尔接头和公鲁尔接头由聚碳酸酯（PC)材料制造，软管由聚氟乙烯（PVC）材料制造。本产品经环氧乙烷灭菌。	通过			第12批

6172	C02072005400000092220000008	一次性使用压力延长管	90cm	90cm	沪械注准20242030121	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	该产品用于介入手术中压力检测管路中的连接和输液。	压力延长管由母鲁尔接头、软管和公鲁尔接头组成。母鲁尔接头和公鲁尔接头由聚碳酸酯（PC)材料制造，软管由聚氟乙烯（PVC）材料制造。本产品经环氧乙烷灭菌。	通过			第12批

6173	C01031800400001123820000009	一次性使用硬性经皮肾内窥镜导管	RP-U-C0408D	RP-U-C0408D	粤械注准20252060793	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	本产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器配合使用，通过手术创建的通道，对患者肾盂进行内镜检查或内镜手术。	由手柄、导管组件（插入部）和配件组成，含内置光源。配件包括一次性鲁尔接头双通阀、硅胶帽。	通过			第12批

6174	C01031800400001123820000010	一次性使用硬性经皮肾内窥镜导管	RP-U-C0409D	RP-U-C0409D	粤械注准20252060793	甲类	004-导管类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		导管	本产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器配合使用，通过手术创建的通道，对患者肾盂进行内镜检查或内镜手术。	由手柄、导管组件（插入部）和配件组成，含内置光源。配件包括一次性鲁尔接头双通阀、硅胶帽。	通过			第12批

6175	C02070100400000092220000095	一次性使用造影导管	5F	MP	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

6176	C02070100400000092220000111	一次性使用造影导管	7F	Simmons2	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

6177	C02070100400000092220000117	一次性使用造影导管	6F	Simmons1	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

6178	C02070100400000092220000140	一次性使用造影导管	4F	Simmons2	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

6179	C02070100400000092220000150	一次性使用造影导管	4F	Simmonsl	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

6180	C02070100400000092220000153	一次性使用造影导管	7F	Simmons1	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

6181	C02070100400000092220000186	一次性使用造影导管	4F	TIG	国械注准20163032106	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导管	本产品用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。	本产品由导管座，导管，末端软管和保护套组成。导管座和保护套采用聚碳酸酯材料制造，导管由Pebax加304不锈钢编织网加工而成，末端软管则由Pebax制成。环氧乙炔灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

6182	C02072005400000104950000008	一次性使用造影用高压连接管	有效长度为60cm	3.0mm	国械注准20173063162	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品临床上用于配合高压注射器造影时连接使用	3.6mm的高压连接管由管路、加强层、内圆锥接头 、 外圆锥接头和保护套组成。其中管路的内层和外层由聚氨酯 (PU) 制成；加强层由聚酰胺 (PA) 制成；内圆锥接头和外圆锥接头由聚碳酸酯 (PC) 制成；保护套由 聚乙烯 (PE) 制成；3.0mm的高压连接管由管路、公接头、母接头和保护帽组	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导管，结构及组成是连接管。		第12批

6183	C02070300401007006660000041	一次性使用中心静脉导管套装	单腔 1.9Fr×50cm PICC标准装	PB-ABC 1.9Fr×50cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管导体由聚氨酯（PU）制造，外延管由聚氨酯（PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢（304）制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6184	C02070300401007006660000045	一次性使用中心静脉导管套装	单腔 1.9Fr×40cm PICC复合装	PF-A 1.9Fr×40cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管导体由聚氨酯（PU）制造，外延管由聚氨酯（PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢（304）制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6185	C02070300401007006660000104	一次性使用中心静脉导管套装	单腔 2Fr×8cm	PB-B 2Fr×8cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6186	C02070300401007006660000117	一次性使用中心静脉导管套装	单腔 2Fr×10cm	PB-B 2Fr×10cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6187	C02070300401007006660000249	一次性使用中心静脉导管套装	单腔 2Fr×20cm	PB-B 2Fr×20cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6188	C02070300401007006660000276	一次性使用中心静脉导管套装	单腔 2Fr×50cm	PF-A 2Fr×50cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6189	C02070300401007006660000288	一次性使用中心静脉导管套装	单腔 2Fr×40cm	PF-A 2Fr×40cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6190	C10080600400001006660000166	一次性使用中心静脉导管套装	双腔 12Fr2×20cm 透析复合装	TF-C 12Fr2×20cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6191	C10080600400001006660000195	一次性使用中心静脉导管套装	双腔 11.5Fr2×15cm W 透析复合装	TF-B 11.5Fr2×15cm W	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6192	C10080600400001006660000220	一次性使用中心静脉导管套装	双腔 11.5Fr2×20cm 透析复合装	TF-C 11.5Fr2×20cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6193	C10080600400001006660000272	一次性使用中心静脉导管套装	双腔 12Fr2×16cm 透析复合装	TF-C 12Fr2×16cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6194	C10080700400001006660000153	一次性使用中心静脉导管套装	双腔 14.5Fr2×27cm 透析复合装	TF-A 14.5Fr2×27cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6195	C10080700400001006660000180	一次性使用中心静脉导管套装	双腔 14.5Fr2×19cm 透析复合装	TF-A 14.5Fr2×19cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6196	C10080700400001006660000198	一次性使用中心静脉导管套装	双腔 14.5Fr2×23cm 透析复合装	TF-A 14.5Fr2×23cm	国械注准20143032347	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	导管	该产品可短期或长期使用，可以作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。	产品配置包括：导管和穿刺针。选配组件包括：导丝及助推器、扩张管、手术刀、输液接头、注射针、注射器、镊子、消毒刷、手套、纱布、带线缝合针、棉球、透明敷料、手术巾、铺巾和孔巾。导管管体由聚氨酯(PU)制造，外延管由聚氨酯(PU)和硅胶制造；导丝由不锈钢(304)制	不通过	本套件中结构及组成中有部分属于导管，打包了其他组件。		第12批

6197	C02050600400002129460000006	远端通路导管	PH-DAC-5100	PH-DAC-5100	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6198	C0205060040000212946000000 7	远端通路导管	PH-DAC-6100	PH-DAC-6100	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6199	C0205060040000212946000000 8	远端通路导管	PH-DAC-7100	PH-DAC-7100	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6200	C02050600400002129460000009	远端通路导管	PH-DAC-8100	PH-DAC-8100	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6201	C02050600400002129460000010	远端通路导管	PH-DAC-5115	PH-DAC-5115	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6202	C0205060040000212946000011	远端通路导管	PH-DAC-6115	PH-DAC-6115	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6203	C0205060040000212946000012	远端通路导管	PH-DAC-7115	PH-DAC-7115	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6204	C02050600400002129460000013	远端通路导管	PH-DAC-8115	PH-DAC-8115	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6205	C02050600400002129460000014	远端通路导管	PH-DAC-5125	PH-DAC-5125	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6206	C02050600400002129460000015	远端通路导管	PH-DAC-6125	PH-DAC-6125	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6207	C02050600400002129460000016	远端通路导管	PH-DAC-7125	PH-DAC-7125	国械注准20243030017	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	该产品适用于神经血管和外周血管，用于术中血管通路的建立，辅助诊断或治疗器械进入血管。	该产品由导管和附件导向器组成。导管由导管座、护套、管身及显影环组成。管身远端表面涂覆亲水涂层。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6208	C02070100400000209690000001	造影导管	K03-406100125	K03-406100125	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6209	C02070100400000209690000004	造影导管	K03-504100100	K03-504100100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6210	C02070100400000209690000008	造影导管	K03-506100125	K03-506100125	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6211	C02070100400000209690000018	造影导管	K03-508502065	K03-508502065	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6212	C02070100400000209690000022	造影导管	K03-401700065	K03-401700065	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6213	C02070100400000209690000033	造影导管	K03-501700100	K03-501700100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6214	C02070100400000209690000044	造影导管	K03-605100100	K03-605100100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6215	C02070100400000209690000062	造影导管	K03-504400100	K03-504400100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6216	C02070100400000209690000077	造影导管	K03-501800065	K03-501800065	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6217	C02070100400000209690000083	造影导管	K03-502400100	K03-502400100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6218	C02070100400000209690000092	造影导管	K03-500400100	K03-500400100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6219	C02070100400000209690000095	造影导管	K03-600400100	K03-600400100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6220	C02070100400000209690000097	造影导管	K03-508700080	K03-508700080	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6221	C02070100400000209690000124	造影导管	K03-409100100	K03-409100100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6222	C02070100400000209690000131	造影导管	K03-510200100	K03-510200100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6223	C02070100400000209690000145	造影导管	K03-509200100	K03-509200100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6224	C02070100400000209690000149	造影导管	K03-604000100	K03-604000100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6225	C02070100400000209690000152	造影导管	K03-500800100	K03-500800100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6226	C02070100400000209690000157	造影导管	K03-509100100	K03-509100100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6227	C02070100400000209690000178	造影导管	K03-409905100	K03-409905100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6228	C02070100400000209690000185	造影导管	K03-500700100	K03-500700100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6229	C02070100400000209690000186	造影导管	K03-410200100	K03-410200100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6230	C02070100400000209690000192	造影导管	K03-506000100	K03-506000100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6231	C02070100400000209690000204	造影导管	K03-408700080	K03-408700080	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6232	C02070100400000209690000219	造影导管	K03-504000100	K03-504000100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6233	C02070100400000209690000225	造影导管	K03-409300100	K03-409300100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6234	C02070100400000209690000226	造影导管	K03-401700100	K03-401700100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6235	C02070100400000209690000229	造影导管	K03-500500100	K03-500500100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6236	C02070100400000209690000237	造影导管	K03-606200100	K03-606200100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6237	C02070100400000209690000242	造影导管	K03-605200125	K03-605200125	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6238	C02070100400000209690000261	造影导管	K03-506700110	K03-506700110	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6239	C02070100400000209690000276	造影导管	K03-505000100	K03-505000100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6240	C02070100400000209690000294	造影导管	K03-506606110	K03-506606110	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6241	C02070100400000209690000300	造影导管	K03-606606110	K03-606606110	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6242	C02070100400000209690000305	造影导管	K03-509300100	K03-509300100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6243	C02070100400000209690000322	造影导管	K03-406000100	K03-406000100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6244	C02070100400000209690000328	造影导管	K03-505900100	K03-505900100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6245	C02070100400000209690000329	造影导管	K03-604100100	K03-604100100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6246	C02070100400000209690000339	造影导管	K03-402400100	K03-402400100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6247	C02070100400000209690000350	造影导管	K03-600500100	K03-600500100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6248	C02070100400000209690000352	造影导管	K03-409200100	K03-409200100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6249	C02070100400000209690000374	造影导管	K03-506605100	K03-506605100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6250	C02070100400000209690000376	造影导管	K03-401800065	K03-401800065	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6251	C02070100400000209690000388	造影导管	K03-505100100	K03-505100100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6252	C02070100400000209690000397	造影导管	K03-509905100	K03-509905100	国械注准20233031685	甲类	004-导管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导管	造影导管适用于向血管系统选定部位输送造影剂。	造影导管主要由座、护套及管材组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6253	C14020227100019111550000125	导管固定装置	F4	F4	苏械注准20162141320	丙类	271-导管固定类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管固定敷贴	用于在体表固定医用导管。	导管固定装置由体表固定座和导管固定座组成，按体表固定方式不同可以分为粘贴式和绑带式两种形式。体表固定座由涂覆医用压敏胶的水刺无纺布和离型纸或尼龙毛刺缝制制成。导管固定座由尼龙毛刺或尼龙毛刺和聚丙烯塑料或尼龙毛刺、聚丙烯塑料和聚乙烯泡沫、医用压敏胶、离型纸	不通过	除外耗材名称为导管固定敷贴，与结构组成导管固定装置不一致		第12批

6254	C14020227100019111550000127	导管固定装置	D5	D5	苏械注准20162141320	丙类	271-导管固定类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	导管固定敷贴	用于在体表固定医用导管。	导管固定装置由体表固定座和导管固定座组成，按体表固定方式不同可以分为粘贴式和绑带式两种形式。体表固定座由涂覆医用压敏胶的水刺无纺布和离型纸或尼龙毛刺缝制制成。导管固定座由尼龙毛刺或尼龙毛刺和聚丙烯塑料或尼龙毛刺、聚丙烯塑料和聚乙烯泡沫、医用压敏胶、离型纸	不通过	除外耗材名称为导管固定敷贴，与结构组成导管固定装置不一致		第12批

6255	C02071001500000209690000001	导管鞘组	K01-Z20523Q	K01-Z20523Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6256	C02071001500000209690000003	导管鞘组	K01-T10723N	K01-T10723N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6257	C02071001500000209690000005	导管鞘组	K01-T16523N	K01-T16523N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6258	C02071001500000209690000007	导管鞘组	K01-T16523W	K01-T16523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6259	C02071001500000209690000008	导管鞘组	K01-T26523Y	K01-T26523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6260	C02071001500000209690000012	导管鞘组	K01-T25523W	K01-T25523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6261	C02071001500000209690000014	导管鞘组	K01-T11023W	K01-T11023W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6262	C02071001500000209690000016	导管鞘组	K01-T10923N	K01-T10923N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6263	C02071001500000209690000017	导管鞘组	K01-T21123Y	K01-T21123Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6264	C02071001500000209690000019	导管鞘组	K01-T28523Y	K01-T28523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6265	C02071001500000209690000020	导管鞘组	K01-T20623Y	K01-T20623Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6266	C02071001500000209690000023	导管鞘组	K01-T27523Y	K01-T27523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6267	C02071001500000209690000027	导管鞘组	K01-T11123N	K01-T11123N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6268	C02071001500000209690000028	导管鞘组	K01-T10423N	K01-T10423N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6269	C02071001500000209690000029	导管鞘组	K01-T11023Y	K01-T11023Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6270	C02071001500000209690000032	导管鞘组	K01-T21123W	K01-T21123W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6271	C02071001500000209690000033	导管鞘组	K01-T28523W	K01-T28523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6272	C02071001500000209690000036	导管鞘组	K01-T10723Y	K01-T10723Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6273	C02071001500000209690000037	导管鞘组	K01-T20423W	K01-T20423W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6274	C02071001500000209690000038	导管鞘组	K01-T20923W	K01-T20923W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6275	C02071001500000209690000041	导管鞘组	K01-T10723W	K01-T10723W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6276	C02071001500000209690000042	导管鞘组	K01-T10523Y	K01-T10523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6277	C02071001500000209690000043	导管鞘组	K01-T21023W	K01-T21023W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6278	C02071001500000209690000048	导管鞘组	K01-T20723Y	K01-T20723Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6279	C02071001500000209690000055	导管鞘组	K01-T10623Y	K01-T10623Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6280	C02071001500000209690000056	导管鞘组	K01-T10823Y	K01-T10823Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6281	C02071001500000209690000058	导管鞘组	K01-T15523Y	K01-T15523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6282	C02071001500000209690000069	导管鞘组	K01-T20623W	K01-T20623W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6283	C02071001500000209690000070	导管鞘组	K01-T27523W	K01-T27523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6284	C02071001500000209690000074	导管鞘组	K01-T20423Y	K01-T20423Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6285	C02071001500000209690000076	导管鞘组	K01-T20923Y	K01-T20923Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6286	C02071001500000209690000078	导管鞘组	K01-T10823W	K01-T10823W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6287	C02071001500000209690000079	导管鞘组	K01-T21023Y	K01-T21023Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6288	C02071001500000209690000081	导管鞘组	K01-T10623N	K01-T10623N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6289	C02071001500000209690000084	导管鞘组	K01-T10523N	K01-T10523N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6290	C02071001500000209690000088	导管鞘组	K01-T20523Y	K01-T20523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6291	C02071001500000209690000092	导管鞘组	K01-T18523Y	K01-T18523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6292	C02071001500000209690000095	导管鞘组	K01-Z10623Q	K01-Z10623Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6293	C02071001500000209690000097	导管鞘组	K01-T10523W	K01-T10523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6294	C02071001500000209690000098	导管鞘组	K01-Z10523Q	K01-Z10523Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6295	C02071001500000209690000101	导管鞘组	K01-T16523Y	K01-T16523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6296	C02071001500000209690000103	导管鞘组	K01-T20523W	K01-T20523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6297	C02071001500000209690000106	导管鞘组	K01-T10923Y	K01-T10923Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6298	C02071001500000209690000107	导管鞘组	K01-T18523N	K01-T18523N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6299	C02071001500000209690000109	导管鞘组	K01-Z10823Q	K01-Z10823Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6300	C02071001500000209690000110	导管鞘组	K01-Z20723Q	K01-Z20723Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6301	C02071001500000209690000112	导管鞘组	K01-T10423Y	K01-T10423Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6302	C02071001500000209690000113	导管鞘组	K01-Z10723Q	K01-Z10723Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6303	C02071001500000209690000114	导管鞘组	K01-T10623W	K01-T10623W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6304	C02071001500000209690000119	导管鞘组	K01-Z10423Q	K01-Z10423Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6305	C02071001500000209690000120	导管鞘组	K01-T17523W	K01-T17523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6306	C02071001500000209690000123	导管鞘组	K01-T26523W	K01-T26523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6307	C02071001500000209690000125	导管鞘组	K01-T10823N	K01-T10823N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6308	C02071001500000209690000126	导管鞘组	K01-T20823Y	K01-T20823Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6309	C02071001500000209690000129	导管鞘组	K01-Z20623Q	K01-Z20623Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6310	C02071001500000209690000130	导管鞘组	K01-T17523Y	K01-T17523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6311	C02071001500000209690000132	导管鞘组	K01-Z20823Q	K01-Z20823Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6312	C02071001500000209690000133	导管鞘组	K01-T20723W	K01-T20723W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6313	C02071001500000209690000140	导管鞘组	K01-T10423W	K01-T10423W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6314	C02071001500000209690000143	导管鞘组	K01-T11123W	K01-T11123W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6315	C02071001500000209690000148	导管鞘组	K01-Z20923Q	K01-Z20923Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6316	C02071001500000209690000150	导管鞘组	K01-T25523Y	K01-T25523Y	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6317	C02071001500000209690000152	导管鞘组	K01-T11023N	K01-T11023N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6318	C02071001500000209690000153	导管鞘组	K01-T17523N	K01-T17523N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6319	C02071001500000209690000155	导管鞘组	K01-Z20423Q	K01-Z20423Q	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6320	C02071001500000209690000158	导管鞘组	K01-T15523N	K01-T15523N	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6321	C02071001500000209690000159	导管鞘组	K01-T15523W	K01-T15523W	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6322	C02071001500000209690000800	导管鞘组	K01-Z10411A	K01-Z10411A	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6323	C02071001500000209690000801	导管鞘组	K01-Z10511A	K01-Z10511A	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6324	C02071001500000209690000802	导管鞘组	K01-Z10611A	K01-Z10611A	冀械注准20232030458	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	用于将导丝、导管等医疗器械插入血管。	导管鞘组由扩张器、导管鞘、穿刺针、导丝及锥形头组成。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6325	C02071001500000209690000560	导管鞘组	K02-A0816KLZ	K02-A0816KLZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6326	C02071001500000209690000563	导管鞘组	K02-A0825HLZ	K02-A0825HLZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6327	C0207100150000020969000057 2	导管鞘组	K02-B0716KL	K02-B0716KL	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6328	C0207100150000020969000057 4	导管鞘组	K02-B0716KP	K02-B0716KP	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6329	C02071001500000209690000577	导管鞘组	K02-B0525KP	K02-B0525KP	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6330	C02071001500000209690000582	导管鞘组	K02-B0416KL	K02-B0416KL	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6331	C02071001500000209690000585	导管鞘组	K02-B0425KP	K02-B0425KP	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6332	C02071001500000209690000587	导管鞘组	K02-B1125KL	K02-B1125KL	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6333	C02071001500000209690000590	导管鞘组	K02-B0816HP	K02-B0816HP	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6334	C02071001500000209690000596	导管鞘组	K02-B1025HL	K02-B1025HL	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6335	C0207100150000020969000060	导管鞘组	K02-A0825KLZ	K02-A0825KLZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6336	C02071001500000209690000601	导管鞘组	K02-B1025KL	K02-B1025KL	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6337	C02071001500000209690000602	导管鞘组	K02-A0625KPZ	K02-A0625KPZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6338	C02071001500000209690000605	导管鞘组	K02-A0625KLZ	K02-A0625KLZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6339	C02071001500000209690000610	导管鞘组	K02-A0925HLZ	K02-A0925HLZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6340	C02071001500000209690000613	导管鞘组	K02-B5516KP	K02-B5516KP	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6341	C02071001500000209690000616	导管鞘组	K02-A0616HLZ	K02-A0616HLZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6342	C0207100150000020969000061 7	导管鞘组	K02-A0816KPZ	K02-A0816KPZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6343	C02071001500000209690000619	导管鞘组	K02-B0516KL	K02-B0516KL	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6344	C02071001500000209690000634	导管鞘组	K02-A0725KPZ	K02-A0725KPZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6345	C0207100150000020969000063 9	导管鞘组	K02-A5516KPZ	K02-A5516KPZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6346	C0207100150000020969000070 6	导管鞘组	K02-A1025HLZ	K02-A1025HLZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6347	C02071001500000209690000709	导管鞘组	K02-A1125KPZ	K02-A1125KPZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6348	C02071001500000209690000712	导管鞘组	K02-A0825KPZ	K02-A0825KPZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6349	C02071001500000209690000777	导管鞘组	K02-A0616GPZ	K02-A0616GPZ	冀械注准20242030305	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于在介入手术中辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。	该产品由扩张器、导管鞘、穿刺针、导引套管、导丝、推注器（用于冲洗）、及锥形头组成，部分型号包含塑柄手术刀。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6350	C02071001500000092220000015	介入手术器械-导管鞘	7F	KDL-YX-016-03	国械注准20193031843	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。	介入手术器械基本配置组成：导管鞘(鞘、扩张器、导引导丝、穿刺针)、三通旋塞(二连三通/三连三通/四连三通)、造影剂推入器(即三环注射器)、穿刺针、手术刀、压力延长管、Y型连接器、球囊扩张压力泵。介入手术器械可选配置：输液器。该产品无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6351	C02030205500007033230000001	可降解封堵器介入输送系统	I-8F	I-8F	国械注准20233030819	丙类	055-输送系统类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于辅助输送可降解封堵器进入心腔内，建立血管内器械的经皮进入通路。	该产品由外套管、扩张管、装载器、推送器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6352	C02030205500007033230000003	可降解封堵器介入输送系统	I-7F	I-7F	国械注准20233030819	丙类	055-输送系统类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于辅助输送可降解封堵器进入心腔内，建立血管内器械的经皮进入通路。	该产品由外套管、扩张管、装载器、推送器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6353	C02030205500007033230000005	可降解封堵器介入输送系统	I-9F	I-9F	国械注准20233030819	丙类	055-输送系统类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于辅助输送可降解封堵器进入心腔内，建立血管内器械的经皮进入通路。	该产品由外套管、扩张管、装载器、推送器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6354	C02030205500007033230000006	可降解封堵器介入输送系统	I-6F	I-6F	国械注准20233030819	丙类	055-输送系统类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品适用于辅助输送可降解封堵器进入心腔内，建立血管内器械的经皮进入通路。	该产品由外套管、扩张管、装载器、推送器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6355	C02071001500000092220000187	无菌导管鞘组	ACS5.5F25212	ACS5.5F25212	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6356	C02071001500000092220000194	无菌导管鞘组	ACS6F30381	ACS6F30381	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6357	C02071001500000092220000198	无菌导管鞘组	ACS5F11213	ACS5F11213	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6358	C02071001500000092220000204	无菌导管鞘组	ACS6.5F25253	ACS6.5F25253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6359	C02071001500000092220000216	无菌导管鞘组	ACS5.5F16253	ACS5.5F16253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6360	C02071001500000092220000220	无菌导管鞘组	ACS5F16212	ACS5F16212	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6361	C02071001500000092220000226	无菌导管鞘组	ACS4F11253	ACS4F11253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6362	C02071001500000092220000229	无菌导管鞘组	ACS6.5F07212	ACS6.5F07212	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6363	C0207100150000009222000023	无菌导管鞘组	ACS5.5F16213	ACS5.5F16213	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6364	C02071001500000092220000241	无菌导管鞘组	ACS5.5F07212	ACS5.5F07212	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6365	C02071001500000092220000245	无菌导管鞘组	ACS4.5F16213	ACS4.5F16213	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6366	C02071001500000092220000249	无菌导管鞘组	ACS6.5F11253	ACS6.5F11253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6367	C02071001500000092220000252	无菌导管鞘组	ACS6F16381	ACS6F16381	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6368	C02071001500000092220000256	无菌导管鞘组	ACS7F16253	ACS7F16253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6369	C02071001500000092220000261	无菌导管鞘组	ACS5F16381	ACS5F16381	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6370	C02071001500000092220000263	无菌导管鞘组	ACS6F11381	ACS6F11381	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6371	C02071001500000092220000264	无菌导管鞘组	ACS6.5F16253	ACS6.5F16253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6372	C02071001500000092220000267	无菌导管鞘组	ACS7F30381	ACS7F30381	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6373	C02071001500000092220000273	无菌导管鞘组	ACS4F11212	ACS4F11212	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6374	C0207100150000009222000028 0	无菌导管鞘组	ACS8F30381	ACS8F30381	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6375	C02071001500000092220000283	无菌导管鞘组	ACS6.5F25381	ACS6.5F25381	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6376	C02071001500000092220000284	无菌导管鞘组	ACS5.5F25213	ACS5.5F25213	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6377	C02071001500000092220000285	无菌导管鞘组	ACS6F16253	ACS6F16253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6378	C02071001500000092220000287	无菌导管鞘组	ACS5F16253	ACS5F16253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6379	C02071001500000092220000293	无菌导管鞘组	ACS4.5F16253	ACS4.5F16253	沪械注准20242030439	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	用于将导丝、导管插入动脉和静脉时提供通道。	产品由鞘、扩张器、导引导丝、导引套管、穿刺针和破皮刀组成。鞘管由聚四氟乙烯、不锈钢、Pebax和硫酸钡制成， 表面涂覆亲水涂层；导引导丝分为 a 型导丝和 b 型导丝，a 型导丝由不锈钢制成， b 型导丝由镍钛合金和聚氨酯制成， b 型导丝表面涂覆亲水涂层。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6380	C02071001500000093230000001	血管鞘组	EHS0711025SC	EHS0711025SC	粤械注准20242031784	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	本产品适用于通过股动脉或桡动脉进行Seldinger术（经皮穿刺术），建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路的作用。	本产品由血管鞘、扩张器、导丝、穿刺针（带导引套管的穿刺针或普通穿刺针）以及皮肤切开器组成。其中血管鞘由鞘管、鞘管座（内含硅胶材料的止血阀）、延长管及三通阀组成，鞘管有效长度段涂覆有亲水涂层；扩张器由扩张器座和扩张器管组成；导丝由绕丝和芯丝组成；带导	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6381	C020710015000000932300000024	血管鞘组	EHS0711025ST	EHS0711025ST	粤械注准20242031784	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	本产品适用于通过股动脉或桡动脉进行Seldinger术（经皮穿刺术），建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路的作用。	本产品由血管鞘、扩张器、导丝、穿刺针（带导引套管的穿刺针或普通穿刺针）以及皮肤切开器组成。其中血管鞘由鞘管、鞘管座（内含硅胶材料的止血阀）、延长管及三通阀组成，鞘管有效长度段涂覆有亲水涂层；扩张器由扩张器座和扩张器管组成；导丝由绕丝和芯丝组成；带导	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6382	C020710015000000932300000036	血管鞘组	EHS0611025ST	EHS0611025ST	粤械注准20242031784	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	本产品适用于通过股动脉或桡动脉进行Seldinger术（经皮穿刺术），建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路的作用。	本产品由血管鞘、扩张器、导丝、穿刺针（带导引套管的穿刺针或普通穿刺针）以及皮肤切开器组成。其中血管鞘由鞘管、鞘管座（内含硅胶材料的止血阀）、延长管及三通阀组成，鞘管有效长度段涂覆有亲水涂层；扩张器由扩张器座和扩张器管组成；导丝由绕丝和芯丝组成；带导	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6383	C020710015000000932300000 68	血管鞘组	EHS0611025SC	EHS0611025SC	粤械注准20242031784	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	本产品适用于通过股动脉或桡动脉进行Seldinger术（经皮穿刺术），建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路的作用。	本产品由血管鞘、扩张器、导丝、穿刺针（带导引套管的穿刺针或普通穿刺针）以及皮肤切开器组成。其中血管鞘由鞘管、鞘管座（内含硅胶材料的止血阀）、延长管及三通阀组成，鞘管有效长度段涂覆有亲水涂层；扩张器由扩张器座和扩张器管组成；导丝由绕丝和芯丝组成；带导	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6384	C020710015000000932300000079	血管鞘组	EHS0716025ST	EHS0716025ST	粤械注准20242031784	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	本产品适用于通过股动脉或桡动脉进行Seldinger术（经皮穿刺术），建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路的作用。	本产品由血管鞘、扩张器、导丝、穿刺针（带导引套管的穿刺针或普通穿刺针）以及皮肤切开器组成。其中血管鞘由鞘管、鞘管座（内含硅胶材料的止血阀）、延长管及三通阀组成，鞘管有效长度段涂覆有亲水涂层；扩张器由扩张器座和扩张器管组成；导丝由绕丝和芯丝组成；带导	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6385	C02071001500000093230000086	血管鞘组	EHS0716025SC	EHS0716025SC	粤械注准20242031784	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	本产品适用于通过股动脉或桡动脉进行Seldinger术（经皮穿刺术），建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路的作用。	本产品由血管鞘、扩张器、导丝、穿刺针（带导引套管的穿刺针或普通穿刺针）以及皮肤切开器组成。其中血管鞘由鞘管、鞘管座（内含硅胶材料的止血阀）、延长管及三通阀组成，鞘管有效长度段涂覆有亲水涂层；扩张器由扩张器座和扩张器管组成；导丝由绕丝和芯丝组成；带导	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6386	C02071001500000092220000019	一次性使用导管鞘套装	ISF831	ISF831	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6387	C02071001500000092220000020	一次性使用导管鞘套装	ISF521	ISF521	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6388	C0207100150000009222000022	一次性使用导管鞘套装	ISR621L	ISR621L	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6389	C02071001500000092220000030	一次性使用导管鞘套装	ISR631L	ISR631L	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6390	C02071001500000092220000048	一次性使用导管鞘套装	ISF621	ISF621	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6391	C02071001500000092220000049	一次性使用导管鞘套装	ISF531	ISF531	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6392	C02071001500000092220000057	一次性使用导管鞘套装	ISF731	ISF731	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6393	C02071001500000092220000067	一次性使用导管鞘套装	ISF721	ISF721	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6394	C02071001500000092220000069	一次性使用导管鞘套装	ISF631	ISF631	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6395	C0207100150000009222000007 1	一次性使用导管鞘套装	ISR531L	ISR531L	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6396	C02071001500000092220000081	一次性使用导管鞘套装	ISF821	ISF821	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6397	C02071001500000092220000082	一次性使用导管鞘套装	ISR521L	ISR521L	沪械注准20242030270	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	主要用于介入手术中扩大经皮切口，建立导管导入血管的通道。其中股动脉型导管鞘套装适用于股动脉介入手术， 桡动脉型导管鞘套装适用于桡动脉介入手术。	导管鞘套装由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针组成。导管鞘主要由FEP、共聚聚酯、PVC制备； 扩张器主要由ABS、PP制备； 导引导丝由不锈钢制备； 穿刺针主要由不锈钢制备。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6398	C02062701500002199270000001	一次性使用导管鞘组	ZQA06070B	ZQA06070B	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6399	C02062701500002199270000006	一次性使用导管鞘组	ZQA07040E	ZQA07040E	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6400	C02062701500002199270000008	一次性使用导管鞘组	ZQA08055A	ZQA08055A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6401	C02062701500002199270000011	一次性使用导管鞘组	ZQA07055C	ZQA07055C	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6402	C02062701500002199270000012	一次性使用导管鞘组	ZQA12040B	ZQA12040B	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6403	C02062701500002199270000013	一次性使用导管鞘组	ZQA05055B	ZQA05055B	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6404	C02062701500002199270000015	一次性使用导管鞘组	ZQA08070A	ZQA08070A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6405	C02062701500002199270000016	一次性使用导管鞘组	ZQA04055A	ZQA04055A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6406	C02062701500002199270000018	一次性使用导管鞘组	ZQA07055B	ZQA07055B	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6407	C02062701500002199270000019	一次性使用导管鞘组	ZQA07070A	ZQA07070A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6408	C02062701500002199270000020	一次性使用导管鞘组	ZQA06055D	ZQA06055D	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6409	C02062701500002199270000021	一次性使用导管鞘组	ZQA09070A	ZQA09070A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6410	C02062701500002199270000022	一次性使用导管鞘组	ZQA05090A	ZQA05090A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6411	C02062701500002199270000023	一次性使用导管鞘组	ZQA09040A	ZQA09040A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6412	C02062701500002199270000025	一次性使用导管鞘组	ZQA05055C	ZQA05055C	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6413	C02062701500002199270000026	一次性使用导管鞘组	ZQA05055A	ZQA05055A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6414	C02062701500002199270000027	一次性使用导管鞘组	ZQA09055A	ZQA09055A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6415	C02062701500002199270000028	一次性使用导管鞘组	ZQA05070B	ZQA05070B	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6416	C02062701500002199270000029	一次性使用导管鞘组	ZQA04090A	ZQA04090A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6417	C02062701500002199270000030	一次性使用导管鞘组	ZQA07055A	ZQA07055A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6418	C02062701500002199270000031	一次性使用导管鞘组	ZQA05070A	ZQA05070A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6419	C02062701500002199270000033	一次性使用导管鞘组	ZQA07090A	ZQA07090A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6420	C02062701500002199270000034	一次性使用导管鞘组	ZQA04070A	ZQA04070A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6421	C02062701500002199270000035	一次性使用导管鞘组	ZQA06090B	ZQA06090B	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6422	C02062701500002199270000036	一次性使用导管鞘组	ZQA08040E	ZQA08040E	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6423	C02062701500002199270000037	一次性使用导管鞘组	ZQA12040A	ZQA12040A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6424	C02062701500002199270000038	一次性使用导管鞘组	ZQA05040E	ZQA05040E	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6425	C02062701500002199270000039	一次性使用导管鞘组	ZQA07070B	ZQA07070B	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6426	C02062701500002199270000041	一次性使用导管鞘组	ZQA08090A	ZQA08090A	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6427	C02062701500002199270000042	一次性使用导管鞘组	ZQA09040B	ZQA09040B	浙械注准20252031095	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	产品用于介入手术中经皮穿刺插入血管系统，提供造影导管、导引导管、球囊扩张导管及其他类似器械导入动脉和静脉的通道。	产品由导管鞘和扩张器组成。	通过			第12批

6428	C02071001500000084380000008	一次性使用鞘管	MMQG10110	MMQG10110	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6429	C02071001500000084380000010	一次性使用鞘管	MMQG08160	MMQG08160	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6430	C02071001500000084380000013	一次性使用鞘管	MMQG06110	MMQG06110	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6431	C02071001500000084380000022	一次性使用鞘管	MMQG05240	MMQG05240	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6432	C02071001500000084380000025	一次性使用鞘管	MMQG06161	MMQG06161	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6433	C02071001500000084380000030	一次性使用鞘管	MMQG06163	MMQG06163	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6434	C02071001500000084380000036	一次性使用鞘管	MMQG04071	MMQG04071	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6435	C02071001500000084380000049	一次性使用鞘管	MMQG05116	MMQG05116	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6436	C02071001500000084380000052	一次性使用鞘管	MMQG05117	MMQG05117	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6437	C02071001500000084380000055	一次性使用鞘管	MMQG06111	MMQG06111	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6438	C02071001500000084380000060	一次性使用鞘管	MMQG05245	MMQG05245	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6439	C02071001500000843800000062	一次性使用鞘管	MMQG07167	MMQG07167	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6440	C02071001500000084380000063	一次性使用鞘管	MMQG06113	MMQG06113	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6441	C02071001500000084380000065	一次性使用鞘管	MMQG05072	MMQG05072	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6442	C02071001500000084380000107	一次性使用鞘管	MMQG07242	MMQG07242	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6443	C02071001500000084380000110	一次性使用鞘管	MMQG07117	MMQG07117	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6444	C02071001500000084380000114	一次性使用鞘管	MMQG08111	MMQG08111	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6445	C02071001500000084380000153	一次性使用鞘管	MMQG05164	MMQG05164	国械注准20183031710	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导鞘	该产品用于介入诊断和治疗用器械的导入、止血、采样和药液注射。	该产品由内套管、外套管、导丝、针、手术刀、注射器组成。内套管材材料为聚丙烯，内套管座材料为ABS；外套管材材料为含硫酸钡的氟塑料ETFE，三通材料为聚碳酸酯和聚乙烯；内套管外径：4-11Fr，外套管长度为70mm、110mm、160mm、240mm。环氧乙烷灭菌，有效期2年，一次性使	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6446	C02071001500000092220000086	一次性使用亲水涂层导管鞘	ISRH621	ISRH621	沪械注准20252030306	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。	该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6447	C020710015000000922200000093	一次性使用亲水涂层导管鞘	ISRH521	ISRH521	沪械注准20252030306	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。	该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6448	C02071001500000092220000097	一次性使用亲水涂层导管鞘	ISRH521L	ISRH521L	沪械注准20252030306	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。	该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6449	C02071001500000092220000101	一次性使用亲水涂层导管鞘	ISRH641L	ISRH641L	沪械注准20252030306	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。	该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6450	C02071001500000092220000104	一次性使用亲水涂层导管鞘	ISRH621L	ISRH621L	沪械注准20252030306	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。	该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6451	C02071001500000092220000107	一次性使用亲水涂层导管鞘	ISRH541	ISRH541	沪械注准20252030306	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。	该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6452	C02071001500000092220000113	一次性使用亲水涂层导管鞘	ISRH631L	ISRH631L	沪械注准20252030306	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。	该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6453	C02071001500000092220000114	一次性使用亲水涂层导管鞘	ISRH531L	ISRH531L	沪械注准20252030306	甲类	015-鞘管类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		导鞘	该产品用于介入手术中扩大桡动脉经皮切口，建立导管导入血管的通道。	该产品由导管鞘、扩张器、导引导丝和穿刺针、导引套管构成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6454	C02071001500000104950000007	一次性使用无菌导管鞘套装	SCW-IS-0823	SCW-IS-0823	国械注准20173034372	甲类	015-鞘管类	否			是	310702	心脏电生理诊疗	含介入操作、影像学监视、心电监测	导鞘、三联三通	导鞘	本产品在临床上主要供扩大经皮切口及协助导管进入动脉或静脉之用。	本产品主要由扩张管、导管鞘、导丝、穿刺针、注射器和手术刀组成。扩张管和导管鞘由聚四氟乙烯制成；导丝和穿刺针的针管由06Cr19Ni10牌号的奥氏体不锈钢制成；注射器的外套、芯杆由聚丙烯制成，活塞由天然橡胶制成；手术刀片由6Cr13牌号的F型不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6455	C02071001500000104950000008	一次性使用无菌导管鞘套装	SCW-IS-0923	SCW-IS-0923	国械注准20173034372	甲类	015-鞘管类	否			是	310702	心脏电生理诊疗	含介入操作、影像学监视、心电监测	导鞘、三联三通	导鞘	本产品在临床上主要供扩大经皮切口及协助导管进入动脉或静脉之用。	本产品主要由扩张管、导管鞘、导丝、穿刺针、注射器和手术刀组成。扩张管和导管鞘由聚四氟乙烯制成；导丝和穿刺针的针管由06Cr19Ni10牌号的奥氏体不锈钢制成；注射器的外套、芯杆由聚丙烯制成，活塞由天然橡胶制成；手术刀片由6Cr13牌号的F型不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6456	C02071001500000104950000015	一次性使用无菌导管鞘套装	SCW-IS-0409	SCW-IS-0409	国械注准20173034372	甲类	015-鞘管类	否			是	310702	心脏电生理诊疗	含介入操作、影像学监视、心电监测	导鞘、三联三通	导鞘	本产品在临床上主要供扩大经皮切口及协助导管进入动脉或静脉之用。	本产品主要由扩张管、导管鞘、导丝、穿刺针、注射器和手术刀组成。扩张管和导管鞘由聚四氟乙烯制成；导丝和穿刺针的针管由06Cr19Ni10牌号的奥氏体不锈钢制成；注射器的外套、芯杆由聚丙烯制成，活塞由天然橡胶制成；手术刀片由6Cr13牌号的F型不锈钢制成。产品经环氧乙烷灭	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6457	C14240203500002042810000007	肠梗阻导管套件	导丝 外径D 1.25mm,长度4500mm	MD-08A98H	国械注进20172146038	乙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		导丝	本产品是用于吸引出肠内容物,对肠梗阻等疾病进行肠管内减压而经鼻插入到肠内使用的导管。	本产品由肠梗阻导管（分为前段开口型和前端闭塞型两种，由以下组件组成：前端部、连接接头、导管主体、球囊、分歧接头、吸引管、分歧管、吸引接头、球囊接头、球囊方阀、沉淀接头、沉淀方阀、前段开口型短管还含有锤和内、外弹簧，前端闭塞型则含有金属球）、导丝以及注液接头	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是导丝，结构及组成是打包其他组件。		第12批

6458	C02070600300000004460001211	亲水涂层导丝	H213526Q	H213526Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6459	C02070600300000004460001212	亲水涂层导丝	HA23526Q	HA23526Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6460	C02070600300000004460001230	亲水涂层导丝	HA33526Q	HA33526Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6461	C02070600300000004460001250	亲水涂层导丝	HA23515Q	HA23515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6462	C02070600300000004460001262	亲水涂层导丝	H213530Q	H213530Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6463	C02070600300000004460001265	亲水涂层导丝	H213540Q	H213540Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6464	C02070600300000004460001280	亲水涂层导丝	HA13518Q	HA13518Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6465	C02070600300000004460001292	亲水涂层导丝	HA33515Q	HA33515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6466	C02070600300000004460001298	亲水涂层导丝	H223515Q	H223515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6467	C02070600300000004460001319	亲水涂层导丝	H223518Q	H223518Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6468	C02070600300000004460001321	亲水涂层导丝	H233526Q	H233526Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6469	C02070600300000004460001381	亲水涂层导丝	HA23518Q	HA23518Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6470	C02070600300000004460001391	亲水涂层导丝	HA13526Q	HA13526Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6471	C02070600300000004460001409	亲水涂层导丝	H213515Q	H213515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6472	C02070600300000004460001419	亲水涂层导丝	H233515Q	H233515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6473	C02070600300000004460001435	亲水涂层导丝	HA13530Q	HA13530Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6474	C02070600300000004460001440	亲水涂层导丝	HA13515Q	HA13515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6475	C02070600300000004460001450	亲水涂层导丝	H233518Q	H233518Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6476	C02070600300000004460001459	亲水涂层导丝	H223526Q	H223526Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6477	C02070600300000004460001461	亲水涂层导丝	H233530Q	H233530Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6478	C02070600300000004460001491	亲水涂层导丝	H213518Q	H213518Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6479	C02070600300000004460001503	亲水涂层导丝	HA33518Q	HA33518Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6480	C02070800300000004460000601	亲水涂层导丝	HF11815Q	HF11815Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6481	C020708003000000044600000606	亲水涂层导丝	HF22508Q	HF22508Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6482	C02070800300000004460000618	亲水涂层导丝	HF22515Q	HF22515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6483	C02070800300000004460000619	亲水涂层导丝	H213515R	H213515R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6484	C02070800300000004460000627	亲水涂层导丝	HF23215Q	HF23215Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6485	C02070800300000004460000628	亲水涂层导丝	H223515R	H223515R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6486	C02070800300000004460000629	亲水涂层导丝	HA33526R	HA33526R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6487	C02070800300000004460000634	亲水涂层导丝	HA13515R	HA13515R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6488	C02070800300000004460000639	亲水涂层导丝	H213526R	H213526R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6489	C02070800300000004460000646	亲水涂层导丝	HA23515R	HA23515R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6490	C02070800300000004460000648	亲水涂层导丝	HF23515Q	HF23515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6491	C0207080030000000446000065 6	亲水涂层导丝	HA33515R	HA33515R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6492	C02070800300000004460000663	亲水涂层导丝	HA13530R	HA13530R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6493	C02070800300000004460000674	亲水涂层导丝	HA13518R	HA13518R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6494	C02070800300000004460000675	亲水涂层导丝	HA23518R	HA23518R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6495	C0207080030000000446000067 6	亲水涂层导丝	H223518R	H223518R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6496	C0207080030000000446000068 0	亲水涂层导丝	HA13526R	HA13526R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6497	C02070800300000004460000681	亲水涂层导丝	HF12515Q	HF12515Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6498	C0207080030000000446000068 3	亲水涂层导丝	HA23526R	HA23526R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6499	C0207080030000000446000068 7	亲水涂层导丝	H213518R	H213518R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6500	C02070800300000004460000696	亲水涂层导丝	H223526R	H223526R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6501	C02070800300000004460000697	亲水涂层导丝	HF22505Q	HF22505Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6502	C0207080030000000446000070 5	亲水涂层导丝	HF23815Q	HF23815Q	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6503	C02070800300000004460000709	亲水涂层导丝	HA33518R	HA33518R	湘械注准20252030302	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	适用于血管造影及介入手术中引导其它器械进入冠状动脉、神经血管或外周血管内，或进行血管内定位。	产品由芯丝和护套组成，护套表面涂覆亲水涂层材料，亲水涂层材料由聚甲基乙烯基醚共聚马来酸酐（PVM/MA）和交联剂二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）组成，部分型号规格远端带有涂PTFE不锈钢绕丝。按护套类型分为全聚型和绕丝型两种类型。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6504	C02051200301001205210000001	神经血管微导丝	MGW1412320EX	MGW1412320EX	川械注准20252030128	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	用于引导其他器械插入神经血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	产品由导丝、导引针、扭转器和塑形杆组成。其中导丝由芯丝和绕丝组成，导丝近端表面涂有聚四氟乙烯涂层，远端表面涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第12批

6505	C02051200301001205210000002	神经血管微导丝	MGW1412320ST	MGW1412320ST	川械注准20252030128	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	用于引导其他器械插入神经血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	产品由导丝、导引针、扭转器和塑形杆组成。其中导丝由芯丝和绕丝组成，导丝近端表面涂有聚四氟乙烯涂层，远端表面涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第12批

6506	C02051200301002205210000001	神经血管微导丝	MGW1412200ST	MGW1412200ST	川械注准20252030128	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	用于引导其他器械插入神经血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	产品由导丝、导引针、扭转器和塑形杆组成。其中导丝由芯丝和绕丝组成，导丝近端表面涂有聚四氟乙烯涂层，远端表面涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第12批

6507	C02051200301002205210000002	神经血管微导丝	MGW1410200EX	MGW1410200EX	川械注准20252030128	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	用于引导其他器械插入神经血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	产品由导丝、导引针、扭转器和塑形杆组成。其中导丝由芯丝和绕丝组成，导丝近端表面涂有聚四氟乙烯涂层，远端表面涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第12批

6508	C02051200301002205210000003	神经血管微导丝	MGW1410200ST	MGW1410200ST	川械注准20252030128	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	用于引导其他器械插入神经血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	产品由导丝、导引针、扭转器和塑形杆组成。其中导丝由芯丝和绕丝组成，导丝近端表面涂有聚四氟乙烯涂层，远端表面涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第12批

6509	C02051200301002205210000004	神经血管微导丝	MGW1412200EX	MGW1412200EX	川械注准20252030128	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	用于引导其他器械插入神经血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。	产品由导丝、导引针、扭转器和塑形杆组成。其中导丝由芯丝和绕丝组成，导丝近端表面涂有聚四氟乙烯涂层，远端表面涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第12批

6510	C0206370030101117199000009	外周血管导丝	FMD18S-015T-300T	FMD18S-015T-300T	国械注进20243030500	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于将导管或扩张器等引导至外周血管并定位。	该产品由导丝、扭转装置和塑形工具组成。导丝由芯丝、绕丝和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期26个月。	通过			第12批

6511	C0206370030101117199000001 5	外周血管导丝	FMD18S-025T-300T	FMD18S-025T-300T	国械注进20243030500	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于将导管或扩张器等引导至外周血管并定位。	该产品由导丝、扭转装置和塑形工具组成。导丝由芯丝、绕丝和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期26个月。	通过			第12批

6512	C02063800301003104950000001	微导丝	SCW-PVGW-A-0.018*60	SCW-PVGW-A-0.018*60	粤械注准20252030423	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	微导丝用于在外周血管内引导PTA球囊及其他血管内导管插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	微导丝由芯丝和远端包覆层组成，其中芯丝由镍钛合金制成，远端包覆层由含有钨的聚氨酯制成，包覆层表面带有PVP亲水涂层。产品包含导丝扭矩器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6513	C02063800301003104950000002	微导丝	SCW-PVGW-A-0.018*150	SCW-PVGW-A-0.018*150	粤械注准20252030423	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	微导丝用于在外周血管内引导PTA球囊及其他血管内导管插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	微导丝由芯丝和远端包覆层组成，其中芯丝由镍钛合金制成，远端包覆层由含有钨的聚氨酯制成，包覆层表面带有PVP亲水涂层。产品包含导丝扭矩器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6514	C02063800301003104950000003	微导丝	SCW-PVGW-A-0.018*110	SCW-PVGW-A-0.018*110	粤械注准20252030423	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	微导丝用于在外周血管内引导PTA球囊及其他血管内导管插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	微导丝由芯丝和远端包覆层组成，其中芯丝由镍钛合金制成，远端包覆层由含有钨的聚氨酯制成，包覆层表面带有PVP亲水涂层。产品包含导丝扭矩器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6515	C02063800301003104950000004	微导丝	SCW-PVGW-A-0.018*90	SCW-PVGW-A-0.018*90	粤械注准20252030423	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	微导丝用于在外周血管内引导PTA球囊及其他血管内导管插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	微导丝由芯丝和远端包覆层组成，其中芯丝由镍钛合金制成，远端包覆层由含有钨的聚氨酯制成，包覆层表面带有PVP亲水涂层。产品包含导丝扭矩器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6516	C02063800301003104950000005	微导丝	SCW-PVGW-A-0.018*45	SCW-PVGW-A-0.018*45	粤械注准20252030423	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	微导丝用于在外周血管内引导PTA球囊及其他血管内导管插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	微导丝由芯丝和远端包覆层组成，其中芯丝由镍钛合金制成，远端包覆层由含有钨的聚氨酯制成，包覆层表面带有PVP亲水涂层。产品包含导丝扭矩器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6517	C02063800301004104950000001	微导丝	SCW-PVGW-A-0.018*300	SCW-PVGW-A-0.018*300	粤械注准20252030423	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	微导丝用于在外周血管内引导PTA球囊及其他血管内导管插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	微导丝由芯丝和远端包覆层组成，其中芯丝由镍钛合金制成，远端包覆层由含有钨的聚氨酯制成，包覆层表面带有PVP亲水涂层。产品包含导丝扭矩器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6518	C02063800301004104950000002	微导丝	SCW-PVGW-A-0.018*260	SCW-PVGW-A-0.018*260	粤械注准20252030423	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	微导丝用于在外周血管内引导PTA球囊及其他血管内导管插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。	微导丝由芯丝和远端包覆层组成，其中芯丝由镍钛合金制成，远端包覆层由含有钨的聚氨酯制成，包覆层表面带有PVP亲水涂层。产品包含导丝扭矩器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6519	C02070600300000209690000001	造影导丝	K06-DG-GR-A3515073	K06-DG-GR-A3515073	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6520	C02070600300000209690000002	造影导丝	K06-DG-GR-B2526073	K06-DG-GR-B2526073	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6521	C02070600300000209690000003	造影导丝	K06-DG-GR-B3226073	K06-DG-GR-B3226073	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6522	C02070600300000209690000005	造影导丝	K06-DG-GI-A3515110	K06-DG-GI-A3515110	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6523	C02070600300000209690000006	造影导丝	K06-DG-GI-B3526070	K06-DG-GI-B3526070	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6524	C02070600300000209690000008	造影导丝	K06-DG-GR-A3815073	K06-DG-GR-A3815073	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6525	C020706003000002096900000009	造影导丝	K06-DG-GI-A3215070	K06-DG-GI-A3215070	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6526	C02070600300000209690000010	造影导丝	K06-DG-GI-A3515150	K06-DG-GI-A3515150	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6527	C02070600300000209690000012	造影导丝	K06-DG-GR-A2515073	K06-DG-GR-A2515073	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6528	C02070600300000209690000013	造影导丝	K06-DG-GR-A3215073	K06-DG-GR-A3215073	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6529	C02070600300000209690000014	造影导丝	K06-DG-GI-A3515070	K06-DG-GI-A3515070	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6530	C02070600300000209690000016	造影导丝	K06-DG-GR-C3515003	K06-DG-GR-C3515003	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

6531	C02070600300000209690000017	造影导丝	K06-DG-GI-D3526000	K06-DG-GI-D3526000	国械注准20233031487	甲类	003-导丝类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		导丝	该产品适用于导管的经皮介入，以便在冠状动脉、外周血管和神经血管系统中引导导管或介入器械。	该产品由芯丝、安全丝（部分型号无安全丝）、弹簧圈（表面涂PTFE涂层）组成。芯丝、安全丝、弹簧圈材质均为SUS304不锈钢，弹簧圈表面涂PTFE涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批
6532	C02010402100005101980000001	磁电定位体表参考电极	EPTR150A	EPTR150A	沪械注准20252070073	丙类	021-电极类	否			是	310702005	临时起搏器安置术		心导管、电极	电极	与本公司生产的三维心脏电生理标测系统配合使用，用于显示心脏中电极导管的位置	产品由磁定位传感器、卡扣泡棉和/或电极贴片组成，各型号规格配置表见附件。	通过			第12批
6533	C02010402100005101980000002	磁电定位体表参考电极	EPTR150C	EPTR150C	沪械注准20252070073	丙类	021-电极类	否			是	310702005	临时起搏器安置术		心导管、电极	电极	与本公司生产的三维心脏电生理标测系统配合使用，用于显示心脏中电极导管的位置	产品由磁定位传感器、卡扣泡棉和/或电极贴片组成，各型号规格配置表见附件。	通过			第12批

6534	C02010402100005101980000003	磁电定位体表参考电极	EPR105B	EPR105B	沪械注准20252070073	丙类	021-电极类	否			是	310702005	临时起搏器安置术		心导管、电极	电极	与本公司生产的三维心脏电生理标测系统配合使用，用于显示心脏中电极导管的位置。	产品由磁定位传感器、卡扣泡棉和/或电极贴片组成，各型号规格配置表见附件。	通过			第12批
6535	C02010402100005101980000004	磁电定位体表参考电极	EPTR150D	EPTR150D	沪械注准20252070073	丙类	021-电极类	否			是	310702005	临时起搏器安置术		心导管、电极	电极	与本公司生产的三维心脏电生理标测系统配合使用，用于显示心脏中电极导管的位置。	产品由磁定位传感器、卡扣泡棉和/或电极贴片组成，各型号规格配置表见附件。	通过			第12批
6536	C02010402100003101980000002	体表参考电极	（EPR105A）管径：6F,长度：105cm	EPR105A	沪械注准20202070586	丙类	021-电极类	是-重庆	中选	心脏介入电生理类中选项目	是	310702005	临时起搏器安置术		心导管、电极	电极	产品与本公司三维心脏电生理标测系统和冷盐水灌注射频消融系统导管（定位型）配合使用，固定于患者体表（背部），作为心脏三维建模时的参考零	体表参考电极由粘性贴片、导管和连接器组成。	通过			第12批
6537	C04080612300000010560000001	体外程控充电器	CNR613	CNR613	国械注准20253121452	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品用于本公司生产的植入式可充电脑深部神经刺激器的体外程控和无线充电。	产品由体外程控充电器(CNR613)、神经刺激医生程控应用程序(发布版本：2)和神经刺激患者程控应用程序(发布版本：1)组	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成体外程控充电器。		第12批

6538	C14040100500000135970000045	一次性射频等离子体手术刀头（电极）	VD11U	VD11U	皖械注准20212010270	丙类	005-手术刀头类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。	1、VD01E、VD02E、VD03E、VD07U、VE01E、VE02E、VE03E、VE04E、VE05E、VE06E主要由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成； 2、VD04U、VD05E、VD06U、VD08U、VD09U、VD10U、VD11U、VD12U、VD13U、VD14U、VD15G、VD16E、VD17G、VD18J、VE07G、VE08G、	通过			第12批

6539	C14040100500000135970000084	一次性射频等离子体手术刀头(电极)	VD07U	VD07U	皖械注准20212010270	丙类	005-手术刀头类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。	1、VD01E、VD02E、VD03E、VD07U、VE01E、VE02E、VE03E、VE04E、VE05E、VE06E主要由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成；2、VD04U、VD05E、VD06U、VD08U、VD09U、VD10U、VD11U、VD12U、VD13U、VD14U、VD15G、VD16E、VD17G、VD18J、VE07G、VE08G、VE09G主要	通过			第12批

6540	C14040100500000135970000086	一次性射频等离子体手术刀头（电极）	VD08U	VD08U	皖械注准20212010270	丙类	005-手术刀头类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。	1、VD01E、VD02E、VD03E、VD07U、VE01E、VE02E、VE03E、VE04E、VE05E、VE06E主要由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成；2、VD04U、VD05E、VD06U、VD08U、VD09U、VD10U、VD11U、VD12U、VD13U、VD14U、VD15G、VD16E、VD17G、VD18J、VE07G、VE08G、VE09G主要	通过			第12批
6541	C01031604000003135970000002	一次性使用等离子手术电极	VS106	VS106	国械注准20233011053	丙类	040-电切环类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	该产品与等离子手术设备配合使用，在内窥镜手术下，适用于在生理盐水环境下对前列腺、子宫、膀胱进行切割、凝血	该产品由双电极、绝缘套管、塑料手柄、电缆线、插头组成。	通过			第12批

6542	C01031604000003135970000003	一次性使用等离子手术电极	VS103	VS103	国械注准20233011053	丙类	040-电切环类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	该产品与等离子手术设备配合使用，在内窥镜手术下，适用于在生理盐水环境下对前列腺、子宫、膀胱进行切割、凝血	该产品由双电极、绝缘套管、塑料手柄、电缆线、插头组成。	通过			第12批
6543	C01031604000003135970000005	一次性使用等离子手术电极	VS102	VS102	国械注准20233011053	丙类	040-电切环类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	该产品与等离子手术设备配合使用，在内窥镜手术下，适用于在生理盐水环境下对前列腺、子宫、膀胱进行切割、凝血	该产品由双电极、绝缘套管、塑料手柄、电缆线、插头组成。	通过			第12批
6544	C01031604000003213830000001	一次性使用等离子手术电极	FE-A40	FE-A40	国械注准20253010303	丙类	040-电切环类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	该产品在医疗机构中使用，与等离子手术设备和电切内窥镜配合，在生理盐水环境下用于经宫腔对宫内组织进行切割与凝血和经尿道对组织进行切割与凝	产品由电极头端、杆部、手柄及双极电缆组成。	通过			第12批

6545	C01031604000003213830000002	一次性使用等离子手术电极	FE-C60	FE-C60	国械注准20253010303	丙类	040-电切环类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	该产品在医疗机构中使用，与等离子手术设备和电切内窥镜配合，在生理盐水环境下用于经宫腔对宫内组织进行切割与凝血和经尿道对组织进行切割与凝	产品由电极头端、杆部、手柄及双极电缆组成。	通过			第12批
6546	C14040100500000213830000001	一次性使用等离子手术电极	FE-A35	FE-A35	国械注准20253010303	丙类	005-手术刀头类	否			是	331201006	经尿道前列腺电切术		电极、开花尿管	电极	该产品在医疗机构中使用，与等离子手术设备和电切内窥镜配合，在生理盐水环境下用于经宫腔对宫内组织进行切割与凝血和经尿道对组织进行切割与凝	产品由电极头端、杆部、手柄及双极电缆组成。	通过			第12批
6547	C04080712300000010560000001	一次性使用神经刺激手术用工具套件	CNA60604	CNA60604	苏械注准20252020809	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	适用于植入式神经刺激手术中，辅助电极、延伸导线等植入用。	产品由扭力改锥、限深器、隧道工具、皮下掘进器 、插入工具、螺丝刀组成，其中隧道工具由把手、 套管、针头组成，皮下掘进器由把手、套管、针头组成。产品以无菌状态供货，经环氧乙烷灭菌，一次	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批

6548	C01061202100000113250000022	一次性使用注射射频电极	直形，长10cm，裸露端10mm，电极直径22G	CU-101022	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批
6549	C01061202100000113250000023	一次性使用注射射频电极	直形，长15cm，裸露端5mm，电极直径22G	CU-15522	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批

6550	C01061202100000113250000024	一次性使用注射射频电极	弯形，长15cm，裸露端10mm，电极直径18G	CUR-151018	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批
6551	C01061202100000113250000030	一次性使用注射射频电极	直形，长6cm，裸露端10mm，电极直径22G	CU-61022	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批

6552	C01061202100000113250000038	一次性使用注射射频电极	弯形，长6cm，裸露端5mm，电极直径18G	CUR-6518	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批
6553	C01061202100000113250000042	一次性使用注射射频电极	直形，长10cm，裸露端10mm，电极直径18G	CU-101018	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批

6554	C01061202100000113250000049	一次性使用注射射频电极	弯形，长10cm，裸露端10mm，电极直径22G	CUR-101022	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批
6555	C01061202100000113250000050	一次性使用注射射频电极	直形，长10cm，裸露端5mm，电极直径22G	CU-10522	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批

6556	C01061202100000113250000052	一次性使用注射射频电极	弯形，长10cm，裸露端10mm，电极直径18G	CUR-101018	国械注进20143015276	丙类	021-电极类	否			是	330201060	立体定向脑深部核团毁损术	包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗	电极	电极	一次性使用注射射频电极可用于通过局部麻醉溶液或者射频毁损进行经皮神经阻滞，通过电刺激或者通过该设备注射显影剂并结合使用放射学影像对神经进行定位，通过注射麻醉剂或者制造一个射频毁损灶对神经进	产品为一次性使用注射射频电极，环氧乙烷灭菌，CP、CR、CU和CUR系列一次性使用注射射频电极由电极针管、电极柄、注液管和连接导线组成；TCD系列一次性使用注射射频电极由电极针、电极柄和连接导线组成	通过			第12批
6557	C04080112300002010560000001	植入式可充电脑深部神经刺激器	CNS601B	CNS601B	国械注准20253121536	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式脑深部神经刺激电极和延伸导线配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森患者的联合治疗	该产品由植入式可充电神经刺激器、电极塞和扭力改锥组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批

6558	C04080202100000010560000004	植入式脑深部神经刺激电极	CNL602H-40	CNL602H-40	国械注准20253121539	丙类	021-电极类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与本公司生产的刺激器和延伸导线联合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森患者的联合治疗	该产品由神经刺激针状电极、固线器（选配）、颅孔盖、保护套、导丝和隧道工具组成，详见产品技术要求。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批
6559	C04080202100000010560000005	植入式脑深部神经刺激电极	CNL602B-40	CNL602B-40	国械注准20253121539	丙类	021-电极类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与本公司生产的刺激器和延伸导线联合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森患者的联合治疗	该产品由神经刺激针状电极、固线器（选配）、颅孔盖、保护套、导丝和隧道工具组成，详见产品技术要求。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6560	C04080202100000010560000006	植入式脑深部神经刺激电极	CNL602C-40	CNL602C-40	国械注准20253121539	丙类	021-电极类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与本公司生产的刺激器和延伸导线联合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森患者的联合治疗	该产品由神经刺激针状电极、固线器（选配）、颅孔盖、保护套、导丝和隧道工具组成，详见产品技术要求。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批
6561	C04080202100000010560000007	植入式脑深部神经刺激电极	CNL602D-40	CNL602D-40	国械注准20253121539	丙类	021-电极类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与本公司生产的刺激器和延伸导线联合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，用于对药物不能有效控制某些症状的晚期左旋多巴反应性帕金森患者的联合治疗	该产品由神经刺激针状电极、固线器（选配）、颅孔盖、保护套、导丝和隧道工具组成，详见产品技术要求。	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6562	C04080306100000010560000001	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612A-20	CNL612A-20	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批
6563	C04080306100000010560000002	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612A-50	CNL612A-50	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批

6564	C04080306100000010560000003	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612A-60	CNL612A-60	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批
6565	C04080306100000010560000004	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612B-20	CNL612B-20	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批

6566	C04080306100000010560000005	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612B-50	CNL612B-50	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批
6567	C04080306100000010560000006	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612B-60	CNL612B-60	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批

6568	C04080306100000010560000007	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612D-20	CNL612D-20	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批
6569	C04080306100000010560000008	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612D-50	CNL612D-50	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批

6570	C0408030610000001056000009	植入式脑深部神经刺激延伸导线套件	CNL612D-60	CNL612D-60	国械注准20253121535	丙类	061-导线类	否			是	330201035	脑深部电极置入术		电极	电极	该产品与适配的植入式可充电脑深部神经刺激器、植入式脑深部神经刺激电极配合使用，对丘脑底核（STN）或内侧苍白球（GPi）进行双侧刺激，适用于药物疗效已减退或出现明显运动并发症的中晚期原发性帕金森病的患者。	该产品由神经刺激延伸导线、硅胶套、备用螺钉组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品是除外耗材。		第12批
6571	C0104020430100400206000016	乳腺定位针	AccuraTM Non Repositionable Breast Localization Needles,20G(0.9mm)×3cm	BLN2003	国械注进20152023785	丙类	043-定位针类	否			是	331601015	乳腺肿瘤组织标记定位针置入术	消毒铺巾，麻醉，影像引导下选择肿物位置，将组织标记物、定位针直接穿刺或者通过专用管路置入目标组织内，不含影像学引导。	乳腺标记定位针	定位针	适用于手术中乳腺活组织检查定位。	乳腺定位针由穿刺针、定位导丝、固定夹和加硬针管（仅Accura II）组成。穿刺针、定位导丝为304不锈钢；穿刺针针座材料为树脂（KR03 K-Resin）；固定夹材料为聚碳酸酯；加硬针管的针管手柄材料为聚氨酯（Pellethane），加硬针管的针管材料为304不锈钢。产品经	通过			第12批

6572	C01040204301004002060000017	乳腺定位针	AccuraTM Non Repositionable Breast Localization Needles,20G(0.9mm)×5cm	BLN2005	国械注进20152023785	丙类	043-定位针类	否			是	331601015	乳腺肿瘤组织标记定位针置入术	消毒铺巾，麻醉，影像引导下选择肿物位置，将组织标记物、定位针直接穿刺或者通过专用管路置入目标组织内，不含影像学引导。	乳腺标记定位针	定位针	适用于手术中乳腺活组织检查定位。	乳腺定位针由穿刺针、定位导丝、固定夹和加硬针管（仅Accura II）组成。穿刺针、定位导丝为304不锈钢；穿刺针针座材料为树脂（KR03K-Resin）；固定夹材料为聚碳酸酯；加硬针管的针管手柄材料为聚氨酯（Pellethane），加硬针管的针管材料为304不锈钢。产品经	通过			第12批

6573	C01040204301004002060000018	乳腺定位针	AccuraTM Non Repositionable Breast Localization Needles,20G(0.9mm)×7.5cm	BLN20075	国械注进20152023785	丙类	043-定位针类	否			是	331601015	乳腺肿瘤组织标记定位针置入术	消毒铺巾，麻醉，影像引导下选择肿物位置，将组织标记物、定位针直接穿刺或者通过专用管路置入目标组织内，不含影像学引导。	乳腺标记定位针	定位针	适用于手术中乳腺活组织检查定位。	乳腺定位针由穿刺针、定位导丝、固定夹和加硬针管（仅Accura II）组成。穿刺针、定位导丝为304不锈钢；穿刺针针座材料为树脂（KR03K-Resin）；固定夹材料为聚碳酸酯；加硬针管的针管手柄材料为聚氨酯（Pellethane），加硬针管的针管材料为304不锈钢。产品经	通过			第12批
6574	C16030321500002107700000014	一次性使用人体动脉血样采集器	3ml预设型，配针规格：0.5×16RWLB	3ml预设型，配针规格：0.5×16RWLB	国械注准20153220716	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等测定	动脉血气针	动脉血气针	适用于人体动脉血样采集。	结构：预设型结构：外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构：外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能：无菌、无热	通过			第12批

6575	C16030321500002107700000033	一次性使用人体动脉血样采集器	1ml预设型，配针规格：0.6×25TWLB	1ml预设型，配针规格：0.6×25TWLB	国械注准20153220716	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等测定	动脉血气针	动脉血气针	适用于人体动脉血样采集。	结构：预设型结构:外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构：外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能：无菌、无热	通过			第12批
6576	C16030321500002107700000034	一次性使用人体动脉血样采集器	3ml预设型，配针规格：0.6×16TWLB	3ml预设型，配针规格：0.6×16TWLB	国械注准20153220716	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等测定	动脉血气针	动脉血气针	适用于人体动脉血样采集。	结构：预设型结构:外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构：外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能：无菌、无热	通过			第12批

6577	C16030321500002107700000035	一次性使用人体动脉血样采集器	3ml预设型，配针规格：0.7×32TWLB	3ml预设型，配针规格：0.7×32TWLB	国械注准20153220716	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等测定	动脉血气针	动脉血气针	适用于人体动脉血样采集。	结构：预设型结构:外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构：外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能：无菌、无热	通过			第12批
6578	C16030321500003107700000041	一次性使用人体动脉血样采集器	1ml抽吸型，配针规格：0.6×32TWLB	1ml抽吸型，配针规格：0.6×32TWLB	国械注准20153220716	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等测定	动脉血气针	动脉血气针	适用于人体动脉血样采集。	结构：预设型结构:外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构：外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能：无菌、无热	通过			第12批

6579	C16030321500003107700000042	一次性使用人体动脉血样采集器	1ml抽吸型，配针规格：0.7×25TWLB	1ml抽吸型，配针规格：0.7×25TWLB	国械注准20153220716	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等测定	动脉血气针	动脉血气针	适用于人体动脉血样采集。	结构：预设型结构:外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构：外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能：无菌、无热	通过			第12批
6580	C16030321500003107700000043	一次性使用人体动脉血样采集器	1ml抽吸型，配针规格：0.7×32TWLB	1ml抽吸型，配针规格：0.7×32TWLB	国械注准20153220716	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等测定	动脉血气针	动脉血气针	适用于人体动脉血样采集。	结构：预设型结构:外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构：外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能：无菌、无热	通过			第12批

6581	C16030321500003107700000044	一次性使用人体动脉血样采集器	1ml抽吸型，配针规格：0.6×16TWLB	1ml抽吸型，配针规格：0.6×16TWLB	国械注准20153220716	乙类	215-采血器类	否			是	310602006	血气分析	含血液PH、二氧化碳分压、氧分压、剩余碱、标准碳酸氢盐、缓冲碱、血红蛋白、氧饱和度、血球压积、氢离子浓度等测定	动脉血气针	动脉血气针	适用于人体动脉血样采集。	结构：预设型结构:外套、芯杆、活塞、空气过滤器、采血针、锥头密封件、采血针密封件。抽吸型结构：外套、芯杆、活塞、采血针、锥头密封件、采血针密封件。性能：无菌、无热	通过			第12批
6582	C02071207300003092220000043	股动脉压迫止血带	KDL-FPB01	KDL-FPB01	沪械注准20212140484	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		动脉压迫止血器	适用于经股动脉介入手术后动脉穿刺针点体外压迫闭合止血。	产品由压迫垫、带体、旋转外套、螺柱、弹簧、浮动螺母、指示圈、摩擦垫、挡板、固定带和子母扣组成。压迫垫采用硅胶材料制成。	通过			第12批

6583	C02071207300003110090000004	桡动脉介入穿刺部位止血器	桡动脉止血器T1型	桡动脉止血器T1型	粤械注准20152140044	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于桡动脉介入穿刺术后穿刺部位的体外压迫止血。	桡动脉止血器T1型由顶盖、卡片、旋帽、压帽、扣板、弹簧、压块、软垫、色标和绑带组成，桡动脉止血器T2型由旋帽、扣板、软垫、绑带、色标、弹簧组成，桡动脉止血器T3型由扣板、压片、软垫和绑带组成，桡动脉止血器T2K型由固定夹、壳聚糖敷料、软垫压块、透明扣板、压板、弹簧	通过			第12批

6584	C02071207300003171710000001	桡动脉压迫止血带	TN-1	TN-1	湘械注准20222140555	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		动脉压迫止血器	供医务人员在桡动脉导管插管术后压迫止血用。	桡动脉压迫止血带由固定板、弹性体和固定带组成。固定板由聚碳酸酯（PC）制成，弹性体由硅胶制成，固定带由织带制成。产品经EO灭菌，无菌供应。	通过			第12批

6585	C02071207300003171710000002	桡动脉压迫止血带	TN-2	TN-2	湘械注准20222140556	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		动脉压迫止血器	供医务人员在桡动脉导管插管术后压迫止血用。	桡动脉压迫止血带由固定板、支撑垫、弹性体、固定带和旋钮组成。固定板和旋钮由聚碳酸酯（PC）制成，支撑垫和弹性体由硅胶制成，固定带由织带制成。产品经EO灭菌，无菌供应。	通过			第12批

6586	C02071207300003183740000045	桡动脉压迫止血器	YJ/ZXQ-1.2	YJ/ZXQ-1.2	湘械注准20252140528	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于桡动脉穿刺部位、浅静脉及血气检测创口部位闭合压迫止血。	桡动脉压迫止血器由固定带、加压板、弹性垫、吸液贴组成。下层固定带：由医用TPU无纺布涂布丙烯酸压敏胶加离型纸构成：第二层加压板：由医用PP加工成形：第三层弹性垫：由医用软质PU铣裁成形：上层吸液贴：由壳聚糖纤维、人造丝纤维及聚酯纤维复合而成，经裁切成一定尺寸。联	通过			第12批

6587	C02071207300003183740000046	桡动脉压迫止血器	YJ/ZXQ-1.5	YJ/ZXQ-1.5	湘械注准20252140528	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于桡动脉穿刺部位、浅静脉及血气检测创口部位闭合压迫止血。	桡动脉压迫止血器由固定带、加压板、弹性垫、吸液贴组成。下层固定带：由医用TPU无纺布涂布丙烯酸压敏胶加离型纸构成：第二层加压板：由医用PP加工成形：第三层弹性垫：由医用软质PU铣裁成形：上层吸液贴：由壳聚糖纤维、人造丝纤维及聚酯纤维复合而成，经裁切成一定尺寸。联	通过			第12批

6588	C0207120730000318374000047	桡动脉压迫止血器	YJ/ZXQ-2.0	YJ/ZXQ-2.0	湘械注准20252140528	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于桡动脉穿刺部位、浅静脉及血气检测创口部位闭合压迫止血。	桡动脉压迫止血器由固定带、加压板、弹性垫、吸液贴组成。下层固定带：由医用TPU无纺布涂布丙烯酸压敏胶加离型纸构成：第二层加压板：由医用PP加工成形：第三层弹性垫：由医用软质PU铣裁成形：上层吸液贴：由壳聚糖纤维、人造丝纤维及聚酯纤维复合而成，经裁切成一定尺寸。联	通过			第12批

6589	C0207120730000318374000048	桡动脉压迫止血器	YJ/ZXQ-1.5x2.5	YJ/ZXQ-1.5x2.5	湘械注准20252140528	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于桡动脉穿刺部位、浅静脉及血气检测创口部位闭合压迫止血。	桡动脉压迫止血器由固定带、加压板、弹性垫、吸液贴组成。下层固定带：由医用TPU无纺布涂布丙烯酸压敏胶加离型纸构成：第二层加压板：由医用PP加工成形：第三层弹性垫：由医用软质PU铣裁成形：上层吸液贴：由壳聚糖纤维、人造丝纤维及聚酯纤维复合而成，经裁切成一定尺寸。联	通过			第12批

6590	C02071207300003183740000049	桡动脉压迫止血器	YJ/ZXQ-2.5	YJ/ZXQ-2.5	湘械注准20252140528	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于桡动脉穿刺部位、浅静脉及血气检测创口部位闭合压迫止血。	桡动脉压迫止血器由固定带、加压板、弹性垫、吸液贴组成。下层固定带：由医用TPU无纺布涂布丙烯酸压敏胶加离型纸构成：第二层加压板：由医用PP加工成形：第三层弹性垫：由医用软质PU铣裁成形：上层吸液贴：由壳聚糖纤维、人造丝纤维及聚酯纤维复合而成，经裁切成一定尺寸。联	通过			第12批

6591	C02071207300003183740000050	桡动脉压迫止血器	YJ/ZXQ-3.0	YJ/ZXQ-3.0	湘械注准20252140528	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		动脉压迫止血器	用于桡动脉穿刺部位、浅静脉及血气检测创口部位闭合压迫止血。	桡动脉压迫止血器由固定带、加压板、弹性垫、吸液贴组成。下层固定带：由医用TPU无纺布涂布丙烯酸压敏胶加离型纸构成：第二层加压板：由医用PP加工成形：第三层弹性垫：由医用软质PU铣裁成形：上层吸液贴：由壳聚糖纤维、人造丝纤维及聚酯纤维复合而成，经裁切成一定尺寸。联	通过			第12批
6592	C14050100500000083320000310	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-330x5VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6593	C14050100500000083320000311	电凝切割器(多功能手术解剖器)	230x1.2 VI	HQ02-IV	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6594	C14050100500000083320000312	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-450 I	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6595	C14050100500000083320000313	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x2I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6596	C14050100500000083320000314	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x5V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6597	C14050100500000083320000320	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x4V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6598	C14050100500000083320000321	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20F-450IV	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6599	C14050100500000083320000322	电凝切割器(多功能手术解剖器)	200x0.2 V	HQ02-IV	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6600	C14050100500000083320000324	电凝切割器(多功能手术解剖器)	125x0.4 V	HQ02-III	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6601	C14050100500000083320000328	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-450 IV	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6602	C14050100500000083320000329	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-220 IV	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6603	C14050100500000083320000331	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20-320 I	HQ01-VT	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6604	C14050100500000083320000332	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x5 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6605	C14050100500000083320000333	电凝切割器(多功能手术解剖器)	230x0.2III	HQ02-IV	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6606	C14050100500000083320000334	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-330x4V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6607	C14050100500000083320000335	电凝切割器(多功能手术解剖器)	200x0.2 VI	HQ02-IV	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6608	C14050100500000083320000336	电凝切割器(多功能手术解剖器)	230x0.2 V	HQ02-IV	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6609	C14050100500000083320000337	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x2VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6610	C14050100500000083320000339	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-330VI	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6611	C14050100500000083320000343	电凝切割器(多功能手术解剖器)	200x0.2 I	HQ02-IV	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6612	C14050100500000083320000344	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x3 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6613	C14050100500000083320000345	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-320x5VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6614	C14050100500000083320000346	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-330x4VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6615	C14050100500000083320000347	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20-320 IV	HQ01-VT	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6616	C14050100500000083320000349	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x3 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6617	C14050100500000083320000350	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-330x2 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6618	C14050100500000083320000351	电凝切割器(多功能手术解剖器)	125x0.2 V	HQ02-III	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6619	C14050100500000083320000352	电凝切割器(多功能手术解剖器)	230x1.2 V	HQ02-IV	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6620	C14050100500000083320000353	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-330x3 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6621	C14050100500000083320000356	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20-450 VI	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6622	C14050100500000083320000358	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x2V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6623	C14050100500000083320000362	电凝切割器(多功能手术解剖器)	300x0.2III	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6624	C14050100500000083320000364	电凝切割器(多功能手术解剖器)	150x0.4VI	HQ02-III	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6625	C14050100500000083320000365	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-330x5V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6626	C14050100500000083320000367	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x3V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6627	C14050100500000083320000370	电凝切割器(多功能手术解剖器)	210x0.2 III	HQ02-IV	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6628	C14050100500000083320000371	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-220 I	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6629	C14050100500000083320000372	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20-450 V	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6630	C14050100500000083320000373	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-340x4 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6631	C14050100500000083320000374	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20-450 IV	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6632	C14050100500000083320000375	电凝切割器(多功能手术解剖器)	07 5x330S VII	HQ03-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6633	C14050100500000083320000381	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20F-450 I	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6634	C14050100500000083320000382	电凝切割器(多功能手术解剖器)	11-330x3V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6635	C14050100500000083320000383	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20-320 V	HQ01-VT	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6636	C14060100500002083320000271	电凝切割器(多功能手术解剖器)	07-70 IV	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6637	C14060100500002083320000399	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-320 IV	HQ01-VT	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6638	C14060100500002083320000404	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-180 V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6639	C14060100500002083320000427	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-180 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6640	C14060100500002083320000451	电凝切割器(多功能手术解剖器)	04-180 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6641	C14060100500002083320000456	电凝切割器(多功能手术解剖器)	300x0.2 V	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6642	C14060100500002083320000462	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-180 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6643	C14060100500002083320000468	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20F-320 I	HQ01-VT	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6644	C14060100500002083320000472	电凝切割器(多功能手术解剖器)	125x0.2 V	HQ02-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6645	C14060100500002083320000474	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-175 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6646	C14060100500002083320000485	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-100 V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6647	C14060100500002083320000492	电凝切割器(多功能手术解剖器)	195x0.2 VI	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6648	C14060100500002083320000509	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-125 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6649	C14060100500002083320000530	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05 5x330S VII	HQ03-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6650	C14060100500002083320000532	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-175 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6651	C14060100500002083320000545	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-100 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6652	C14060100500002083320000546	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20-320 VI	HQ01-VT	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6653	C14060100500002083320000552	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-100 V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6654	C14060100500002083320000577	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20F-320 IV	HQ01-VT	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6655	C14060100500002083320000587	电凝切割器(多功能手术解剖器)	230x0.7 V	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6656	C14060100500002083320000593	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-100 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6657	C14060100500002083320000599	电凝切割器(多功能手术解剖器)	195x0.4 VI	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6658	C14060100500002083320000600	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-100 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6659	C14060100500002083320000609	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-180 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6660	C14060100500002083320000632	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-320 I	HQ01-VT	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6661	C14060100500002083320000661	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20-450 I	HQ01-VI	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6662	C14060100500002083320000664	电凝切割器(多功能手术解剖器)	195x0.2 V	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6663	C14060100500002083320000673	电凝切割器(多功能手术解剖器)	125x0.2 III	HQ02-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6664	C14060100500002083320000683	电凝切割器(多功能手术解剖器)	05-150 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6665	C14060100500002083320000688	电凝切割器(多功能手术解剖器)	01-65 II	HQ01-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6666	C14060100500002083320000762	电凝切割器(多功能手术解剖器)	04-75 V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6667	C14060100500002083320000763	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-450 IV	HQ01-V	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6668	C14060100500002083320000770	电凝切割器(多功能手术解剖器)	04-75 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6669	C14060100500002083320000782	电凝切割器(多功能手术解剖器)	04 5x330S VII	HQ03-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6670	C14060100500002083320000809	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-450 I	HQ01-V	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6671	C14060100500002083320000817	电凝切割器(多功能手术解剖器)	125x0.2 I	HQ02-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6672	C14060100500002083320000824	电凝切割器(多功能手术解剖器)	04-180 I	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6673	C14060100500002083320000872	电凝切割器(多功能手术解剖器)	03-150 V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6674	C14060100500002083320000883	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-150 VI	HQ01-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6675	C14060100500002083320000884	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-125 VI	HQ01-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6676	C14060100500002083320000890	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-220 I	HQ01-V	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6677	C14060100500002083320000906	电凝切割器(多功能手术解剖器)	230x0.2 VI	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6678	C14060100500002083320000909	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-125 V	HQ01-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6679	C14060100500002083320000925	电凝切割器(多功能手术解剖器)	01-45 VI	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6680	C14060100500002083320000932	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-150 V	HQ01-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6681	C14060100500002083320000936	电凝切割器(多功能手术解剖器)	195x0.4 I	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6682	C14060100500002083320000948	电凝切割器(多功能手术解剖器)	300x0.2 I	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6683	C14060100500002083320000951	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-180 VI	HQ01-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6684	C14060100500002083320000953	电凝切割器(多功能手术解剖器)	125x0.2 VI	HQ02-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6685	C14060100500002083320000955	电凝切割器(多功能手术解剖器)	20S-220 IV	HQ01-V	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6686	C14060100500002083320000956	电凝切割器(多功能手术解剖器)	04-180 V	HQ01-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批

6687	C14060100500002083320000958	电凝切割器(多功能手术解剖器)	300x0.2 VI	HQ02-II	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6688	C14060100500002083320000959	电凝切割器(多功能手术解剖器)	06-100 VI	HQ01-I	京械注准20232010221	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	与高频手术设备配合使用，在外科手术中进行切割或凝血。	产品组成：HQ01-X型主要由刀头、塑料手柄、手控按钮开关、导线、吸引管、功能管等组成。HQ02-X型由头部、手柄、塑料压块、导线组成。 HQ03-X型由头部、手柄、导线组成	通过			第12批
6689	C01060802100000247860000002	多功能手术解剖器	MS-10A	MS-10A	鲁械注准20252010318	丙类	021-电极类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	多功能手术解剖器与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	多功能手术解剖器由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成	通过			第12批

6690	C01060802100000247860000003	多功能手术解剖器	MS-10B	MS-10B	鲁械注准20252010318	丙类	021-电极类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	多功能手术解剖器与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	多功能手术解剖器由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成	通过			第12批
6691	C01060802100000247860000006	多功能手术解剖器	MS-11B	MS-11B	鲁械注准20252010318	丙类	021-电极类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	多功能手术解剖器与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	多功能手术解剖器由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成	通过			第12批
6692	C01060802100000247860000007	多功能手术解剖器	MS-11C	MS-11C	鲁械注准20252010318	丙类	021-电极类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	多功能手术解剖器与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	多功能手术解剖器由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成	通过			第12批
6693	C01060802100000247860000008	多功能手术解剖器	MS-12A	MS-12A	鲁械注准20252010318	丙类	021-电极类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	多功能手术解剖器与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	多功能手术解剖器由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成	通过			第12批

6694	C14050100500000232780000001	多功能手术解剖器(射频消融电极)	DSE-310C	DSE-310C	粤械注准20242011095	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	该产品用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血使用。	DSE-140A、DSE-140B型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、针管、手柄、电缆线及插头组成。DSE-310C、DSE-310D、DSE-310E、DSE-310F型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、手柄、电缆线及	通过			第12批
6695	C14050100500000232780000002	多功能手术解剖器(射频消融电极)	DSE-310D	DSE-310D	粤械注准20242011095	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	该产品用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血使用。	DSE-140A、DSE-140B型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、针管、手柄、电缆线及插头组成。DSE-310C、DSE-310D、DSE-310E、DSE-310F型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、手柄、电缆线及	通过			第12批

6696	C14050100500000232780000003	多功能手术解剖器(射频消融电极)	DSE-310E	DSE-310E	粤械注准20242011095	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	该产品用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血使用。	DSE-140A、DSE-140B型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、针管、手柄、电缆线及插头组成。DSE-310C、DSE-310D、DSE-310E、DSE-310F型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、手柄、电缆线及	通过			第12批
6697	C14050100500000232780000004	多功能手术解剖器(射频消融电极)	DSE-310F	DSE-310F	粤械注准20242011095	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	该产品用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血使用。	DSE-140A、DSE-140B型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、针管、手柄、电缆线及插头组成。DSE-310C、DSE-310D、DSE-310E、DSE-310F型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、手柄、电缆线及	通过			第12批

6698	C14050100500000232780000005	多功能手术解剖器(射频消融电极)	DSE-140A	DSE-140A	粤械注准20242011095	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	该产品用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血使用。	DSE-140A、DSE-140B型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、针管、手柄、电缆线及插头组成。DSE-310C、DSE-310D、DSE-310E、DSE-310F型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、手柄、电缆线及	通过			第12批
6699	C14050100500000232780000006	多功能手术解剖器(射频消融电极)	DSE-140B	DSE-140B	粤械注准20242011095	丙类	005-手术刀头类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	多功能手术解剖器	该产品用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血使用。	DSE-140A、DSE-140B型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、针管、手柄、电缆线及插头组成。DSE-310C、DSE-310D、DSE-310E、DSE-310F型多功能手术解剖器（射频消融电极）由电极、衬套、手柄、电缆线及	通过			第12批

6700	C15020421304002037280000003	手术防粘连液	2.5ml/支	B型（30mg/ml）	国械注准20153141074	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3314	14. 产科手术与操作		特殊脐带夹、防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵	防粘连凝胶(液、膜)	用于预防或减少腹（盆）腔手术、普通外科及骨科手术的术后粘连。	该产品由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基壳多糖（Carboxymethyl Chitosan），氯化钠（0.9%，w/w），亚硫酸钠（0.05%，w/w)和水组成。氯化钠溶液经0.22μm滤膜过滤后湿热灭菌；亚硫酸钠溶液经湿热灭菌；注射用水经湿热灭菌；经无菌加工技术使产品无	通过			第12批

6701	C15020421304003037280000005	手术防粘连液	7ml/支	B型(30mg/ml)	国械注准20153141074	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3314	14．产科手术与操作		特殊脐带夹、防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵	防粘连凝胶(液、膜)	用于预防或减少腹（盆）腔手术、普通外科及骨科手术的术后粘连。	该产品由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基壳多糖（Carboxymethyl Chitosan），氯化钠（0.9%，w/w），亚硫酸钠（0.05%，w/w)和水组成。氯化钠溶液经0.22μm滤膜过滤后湿热灭菌；亚硫酸钠溶液经湿热灭菌；注射用水经湿热灭菌；经无菌加工技术使产品无	通过			第12批
6702	C17010221604000001510000001	羧化聚氨基多糖医用生物胶液	100ml/瓶	100ml/瓶	渝械注准20172140024	丙类	216-敷料类	否			是	3310	10．消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品适用于皮肤、创面及粘膜的冲洗，对皮肤、创面及粘膜起到润滑、隔离等生物屏障作用。促进创面愈合，减少渗出，促进血细胞聚集。不能用于慢	本品为多糖生物胶液，由羧化聚氨基多糖及注射用水按适当比例配制而成。	通过			第12批

6703	C17010221604000001510000005	羧化聚氨基多糖医用生物胶液	30ml/瓶	30ml/瓶	渝械注准20172140024	丙类	216-敷料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品适用于对皮肤、创面及粘膜的冲洗，对皮肤、创面及粘膜起到润滑、隔离等生物屏障作用。促进创面愈合、减少渗出，促进血细胞聚集。不能用于慢性	本品为多糖生物胶液，由羧化聚氨基多糖及注射用水按适当比例配制而成。	通过			第12批
6704	C17010221604000001510000006	羧化聚氨基多糖医用生物胶液	60ml/瓶	60ml/瓶	渝械注准20172140024	丙类	216-敷料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品适用于对皮肤、创面及粘膜的冲洗，对皮肤、创面及粘膜起到润滑、隔离等生物屏障作用。促进创面愈合、减少渗出，促进血细胞聚集。不能用于慢性	本品为多糖生物胶液，由羧化聚氨基多糖及注射用水按适当比例配制而成。	通过			第12批
6705	C17010221604000001510000007	羧化聚氨基多糖医用生物胶液	80ml/瓶	80ml/瓶	渝械注准20172140024	丙类	216-敷料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品适用于对皮肤、创面及粘膜的冲洗，对皮肤、创面及粘膜起到润滑、隔离等生物屏障作用。促进创面愈合、减少渗出，促进血细胞聚集。不能用于慢性	本品为多糖生物胶液，由羧化聚氨基多糖及注射用水按适当比例配制而成。	通过			第12批

6706	C15020421302002005120000001	透明质酸钠防粘连凝胶	2.0ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批
6707	C15020421302002005120000002	透明质酸钠防粘连凝胶	2.5ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批
6708	C15020421302002005120000003	透明质酸钠防粘连凝胶	3.0ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批

6709	C15020421302002005120000004	透明质酸钠防粘连凝胶	4.0ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批
6710	C15020421302003005120000001	透明质酸钠防粘连凝胶	17ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批
6711	C15020421302003005120000002	透明质酸钠防粘连凝胶	10ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批

6712	C15020421302003005120000003	透明质酸钠防粘连凝胶	8.0ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批
6713	C15020421302003005120000004	透明质酸钠防粘连凝胶	6.0ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批
6714	C15020421302003005120000005	透明质酸钠防粘连凝胶	5.0ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批

6715	C15020421302003005120000006	透明质酸钠防粘连凝胶	15ml	10mg/ml	国械注准20223140103	丙类	213-防粘连材料类	否			是	3310	10. 消化系统手术		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器	防粘连凝胶(液、膜)	本品辅助用于预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连。	本品成分为透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠和注射用水，透明质酸钠原料是由微生物发酵法制得。本品经湿热灭菌，无菌提供。一次性使用	通过			第12批
6716	C04070412100029042540000001	脑脊液分流管及附件	StrataMR II 分流管套件，常规型	46965MR	国械注进20253130247	丙类	121-分流装置类	否			是	330201019	侧脑室分流术	含分流管调整；包括侧脑室-心房分流术、侧脑室-膀胱分流术、侧脑室-腹腔分流术	分流管	分流管	本产品适用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔中。	本产品由StrataMR II阀、腹腔端导管、脑室端导管、导引钢丝、固定夹、脑室切开术储液囊、钝针、预填充附件和调压工具组成，无涂层。调压工具为非灭菌包装，其他组件为环氧乙烷灭菌，一次	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6717	C0407041210002904254000003	脑脊液分流管及附件	StrataMR Ⅱ Snap分流管套件，常规型	46966MR	国械注进20253130247	丙类	121-分流装置类	否			是	330201019	侧脑室分流术	含分流管调整；包括侧脑室-心房分流术、侧脑室-膀胱分流术、侧脑室-腹腔分流术	分流管	分流管	本产品适用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔中。	本产品由StrataMR II阀、腹腔端导管、脑室端导管、导引钢丝、固定夹、脑室切开术储液囊、钝针、预填充附件和调压工具组成，无涂层。调压工具为非灭菌包装，其他组件为环氧乙烷灭菌一次	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批
6718	C0407041210003004254000003	脑脊液分流管及附件	StrataMR Ⅱ Snap分流管套件，小型	46956MR	国械注进20253130247	丙类	121-分流装置类	否			是	330201019	侧脑室分流术	含分流管调整；包括侧脑室-心房分流术、侧脑室-膀胱分流术、侧脑室-腹腔分流术	分流管	分流管	本产品适用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔中。	本产品由StrataMR II阀、腹腔端导管、脑室端导管、导引钢丝、固定夹、脑室切开术储液囊、钝针、预填充附件和调压工具组成，无涂层。调压工具为非灭菌包装，其他组件为环氧乙烷灭菌一次	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批

6719	C04070812100029042540000004	脑脊液分流管及附件	StrataMRⅡ阀，常规型	42965MR	国械注进20253130247	丙类	121-分流装置类	否			是	330201019	侧脑室分流术	含分流管调整；包括侧脑室-心房分流术、侧脑室-膀胱分流术、侧脑室-腹腔分流术	分流管	分流管	本产品适用于将脑脊液从脑室中引入右心房或腹膜腔中。	本产品由StrataMRII阀、腹腔端导管、脑室端导管、导引钢丝、固定夹、脑室切开术储液囊、钝针、预填充附件和调压工具组成，无涂层。调压工具为非灭菌包装，其他组件为环氧乙烷灭菌，一次	不通过	扩大范围或打包其他组件的不通过		第12批
6720	C14171503500000039450002286	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F24-A200-X200	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6721	C14171503500000039450002318	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F24-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6722	C14171503500000039450002333	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F10-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6723	C14171503500000039450002367	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6724	C14171503500000039450002372	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A200-X200	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6725	C14171503500000039450002388	外科手术引流导管套装	Ⅲ-F14-A200-Y500	YD Ⅰ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6726	C14171503500000039450002408	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F24-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6727	C14171503500000039450002428	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F22-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6728	C14171503500000039450002459	外科手术引流导管套装	Ⅲ-F20-A200-Y500	YD Ⅰ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6729	C14171503500000039450002464	外科手术引流导管套装	Ⅲ-F10-A200-Y500	YD Ⅰ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6730	C14171503500000039450002524	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F12-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6731	C14171503500000039450002530	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F24-B100	YDⅡ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6732	C14171503500000039450002537	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F24-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6733	C14171503500000039450002545	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F12-A200-X200	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6734	C14171503500000039450002596	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F28-A200-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6735	C14171503500000039450002602	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F22-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6736	C14171503500000039450002618	外科手术引流导管套装	Ⅲ-F24-A200-Y500	YD Ⅰ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6737	C14171503500000039450002620	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F16-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6738	C14171503500000039450002651	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F20-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6739	C14171503500000039450002759	外科手术引流导管套装	Ⅲ-F18-A200-Y500	YD Ⅰ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6740	C14171503500000039450002768	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F26-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6741	C14171503500000039450002839	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F8-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6742	C14171503500000039450002841	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F12-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6743	C14171503500000039450002866	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F20-A100-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6744	C14171503500000039450002893	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F28-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6745	C14171503500000039450002936	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F12-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6746	C14171503500000039450002973	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A100-X200	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6747	C14171503500000039450002977	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F26-A100-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6748	C14171503500000039450003006	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F8-A100-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6749	C14171503500000039450003014	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F10-B200	YDⅡ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6750	C14171503500000039450003064	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F10-A200-X200	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批
6751	C14171503500000039450003095	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F14-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批

6752	C14171503500000039450003096	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6753	C14171503500000039450003242	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F14-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6754	C14171503500000039450003248	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-B200	YDⅡ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6755	C14171503500000039450003261	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A100-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6756	C14171503500000039450003303	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F16-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6757	C14171503500000039450003321	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F22-A100-X200	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6758	C14171503500000039450003362	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6759	C14171503500000039450003371	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F28-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6760	C14171503500000039450003379	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F8-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6761	C14171503500000039450003474	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F22-A200-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6762	C14171503500000039450003503	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F26-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6763	C14171503500000039450003513	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F26-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6764	C14171503500000039450003715	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F28-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6765	C14171503500000039450003731	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F28-A100-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6766	C14171503500000039450003749	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A200-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批
6767	C14171503500000039450003763	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批

6768	C14171503500000039450003841	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F8-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6769	C14171503500000039450003842	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F26-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6770	C14171503500000039450003870	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F20-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6771	C14171503500000039450003873	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F28-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6772	C14171503500000039450003932	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F14-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6773	C14171503500000039450003935	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F10-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6774	C14171503500000039450003969	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F14-B200	YDⅡ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6775	C14171503500000039450004082	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F16-B200	YDⅡ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6776	C14171503500000039450004083	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F10-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6777	C14171503500000039450004085	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F8-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6778	C14171503500000039450004185	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F8-A200-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6779	C14171503500000039450004214	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F14-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6780	C14171503500000039450004248	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F26-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6781	C14171503500000039450004328	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F20-A200-X200	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6782	C14171503500000039450004329	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F28-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6783	C14171503500000039450004337	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F8-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6784	C14171503500000039450004362	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F12-A100-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6785	C14171503500000039450004378	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F14-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6786	C14171503500000039450004429	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F24-A100-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6787	C01060303501002084960000017	一次性使用引流导管包	DC-1220	DC-1220	国械注准20153141777	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	本产品供医疗单位对患者术后7天的胸腔积液、积气进行常规闭式引流使用。	本产品由引流导管、穿刺针、导丝、扩张管、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、蓝针管、二通阀、手术刀片、肝素帽、蝴蝶夹、消毒刷、中单、小单、手术巾、脱脂棉纱布、带线缝合针、吸塑盒组成。引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成。所有组件均不含药，环氧乙烷灭	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品有负压功能，且含有较多低值耗材		第12批

6788	C01060303501002084960000027	一次性使用引流导管包	DC-0620	DC-0620	国械注准20153141777	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	本产品供医疗单位对患者术后7天的胸腔积液、积气进行常规闭式引流使用。	本产品由引流导管、穿刺针、导丝、扩张管、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、蓝针管、二通阀、手术刀片、肝素帽、蝴蝶夹、消毒刷、中单、小单、手术巾、脱脂棉纱布、带线缝合针、吸塑盒组成。引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成。所有组件均不含药，环氧乙烷灭	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品有负压功能，且含有较多低值耗材		第12批

6789	C01060303501002084960000028	一次性使用引流导管包	DC-0820	DC-0820	国械注准20153141777	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	本产品供医疗单位对患者术后7天的胸腔积液、积气进行常规闭式引流使用。	本产品由引流导管、穿刺针、导丝、扩张管、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、蓝针管、二通阀、手术刀片、肝素帽、蝴蝶夹、消毒刷、中单、小单、手术巾、脱脂棉纱布、带线缝合针、吸塑盒组成。引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成。所有组件均不含药，环氧乙烷灭	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品有负压功能，且含有较多低值耗材		第12批

6790	C01060303501002084960000032	一次性使用引流导管包	DC-1020	DC-1020	国械注准20153141777	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装	本产品供医疗单位对患者术后7天的胸腔积液、积气进行常规闭式引流使用。	本产品由引流导管、穿刺针、导丝、扩张管、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、蓝针管、二通阀、手术刀片、肝素帽、蝴蝶夹、消毒刷、中单、小单、手术巾、脱脂棉纱布、带线缝合针、吸塑盒组成。引流导管采用聚氨酯（TPU）材料制成。所有组件均不含药，环氧乙烷灭	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品有负压功能，且含有较多低值耗材		第12批
6791	C14171503500000039450002325	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F20-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批

6792	C14171503500000039450002426	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F26-A200-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装)	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批
6793	C14171503500000039450002784	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F18-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批

6794	C14171503500000039450002984	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F22-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批
6795	C14171503500000039450003457	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F20-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批

6796	C14171503500000039450003546	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F16-A200-Y500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装)	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6797	C14171503500000039450003557	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F24-A200-Y800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装)	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批
6798	C14171503500000039450003674	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F16-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批

6799	C14171503500000039450003782	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F22-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装)	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批
6800	C14171503500000039450003785	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F10-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批

6801	C14171503500000039450003891	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F24-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批
6802	C14171503500000039450003894	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F16-A200-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装)	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6803	C14171503500000039450003900	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F10-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装)	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6804	C14171503500000039450004038	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F12-B200	YDⅡ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批

6805	C14171503500000039450004104	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F12-A100-X800	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	封闭创伤负压引流套装)	1.使用导引针引导引流管穿过皮肤、2.选取合理长度引流管放置于正确位置、3.将引流管固定在皮肤上、4.将引流管与吸液口连接，将引流袋连接到引流球上，并关闭引流球、引流袋连接管夹子。5.打开引流球出液口堵头，用力挤压引流球使其至负压状态后，盖上出液口。6.若引流球中液体	YDI由导引针、引流管、引流球和引流袋组成、YDII由导引针、引流管和引流球组成、YDIII由导引针、引流管和引流袋组成、YDIV由导引针和引流管组成、YDV由引流管组成、YDVI由引流管、引流球和引流袋组成、YDVII由引流管和引流球组成、YDVIII由引流管和引流袋组成。其中导引针由	通过			第12批
6806	C14171503500000039450004247	外科手术引流导管套装	Ⅰ-F12-A200-X500	YDⅠ	冀械注准20222140154	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	见附表2	不通过	未见附表2		第12批

6807	C05010412600000101550000017	左心耳闭合系统	LAAC35T	微创型	国械注准20243130816	丙类	126-心耳夹类	否			是	320400005	左心耳封堵术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下，在全麻下穿刺股静脉，食道超声检查左心耳形态，行房间隔穿刺，进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和X光造影提示下，沿造影导管放置导引系统于左心耳内。沿导引系统递送封堵器，在食道超声和X光下	封堵器	封堵器	该产品适用于房颤需要进行左心耳闭合的患者，通过微创手术、以及不适合传统左心耳切除/结扎的开胸手术治疗。	该产品由心耳夹和输送器组成。心耳夹由心耳夹弹簧、不锈钢夹臂管、PU套管及外套管组成。输送器由夹子固定座、连杆、抽线和手柄组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

6808	C05010412600000101550000018	左心耳闭合系统	LAAC40T	微创型	国械注准20243130816	丙类	126-心耳夹类	否			是	320400005	左心耳封堵术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下，在全麻下穿刺股静脉，食道超声检查左心耳形态，行房间隔穿刺，进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和X光造影提示下，沿造影导管放置导引系统于左心耳内。沿导引系统递送封堵器，在食道超声和X光下	封堵器	封堵器	该产品适用于房颤需要进行左心耳闭合的患者，通过微创手术、以及不适合传统左心耳切除/结扎的开胸手术治疗。	该产品由心耳夹和输送器组成。心耳夹由心耳夹弹簧、不锈钢夹臂管、PU套管及外套管组成。输送器由夹子固定座、连杆、抽线和手柄组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

6809	C05010412600000101550000019	左心耳闭合系统	LAAC45T	微创型	国械注准20243130816	丙类	126-心耳夹类	否			是	320400005	左心耳封堵术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下，在全麻下穿刺股静脉，食道超声检查左心耳形态，行房间隔穿刺，进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和X光造影提示下，沿造影导管放置导引系统于左心耳内。沿导引系统递送封堵器，在食道超声和X光下	封堵器	封堵器	该产品适用于房颤需要进行左心耳闭合的患者，通过微创手术、以及不适合传统左心耳切除/结扎的开胸手术治疗。	该产品由心耳夹和输送器组成。心耳夹由心耳夹弹簧、不锈钢夹臂管、PU套管及外套管组成。输送器由夹子固定座、连杆、抽线和手柄组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

6810	C05010412600000101550000020	左心耳闭合系统	LAAC50T	微创型	国械注准20243130816	丙类	126-心耳夹类	否			是	320400005	左心耳封堵术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下，在全麻下穿刺股静脉，食道超声检查左心耳形态，行房间隔穿刺，进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和X光造影提示下，沿造影导管放置导引系统于左心耳内。沿导引系统递送封堵器，在食道超声和X光下	封堵器	封堵器	该产品适用于房颤需要进行左心耳闭合的患者，通过微创手术、以及不适合传统左心耳切除/结扎的开胸手术治疗。	该产品由心耳夹和输送器组成。心耳夹由心耳夹弹簧、不锈钢夹臂管、PU套管及外套管组成。输送器由夹子固定座、连杆、抽线和手柄组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批
6811	C14080618700001117740000047	无创皮肤吻合器	PWB1002	PWB1002	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针(器)，结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、双面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)、PET或离型纸组成。	通过			第12批

6812	C14080618700001117740000049	无创皮肤吻合器	PZM1005	PZM1005	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针（器），结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、双面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)、PET或离型纸组成。	通过			第12批
6813	C14080618700001117740000053	无创皮肤吻合器	PWF1003	PWF1003	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针（器），结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、双面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)、PET或离型纸组成。	通过			第12批

6814	C14080618700001117740000056	无创皮肤吻合器	PZB1003	PZB1003	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针（器），结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、双面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)、PET或离型纸组成。	通过			第12批
6815	C14080618700001117740000057	无创皮肤吻合器	PZB1005	PZB1005	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针（器），结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、双面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)、PET或离型纸组成。	通过			第12批

6816	C14080618700001117740000060	无创皮肤吻合器	PWM1002	PWM1002	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针(器)，结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、双面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)、PET或离型纸组成。	通过			第12批
6817	C14080618700001117740000064	无创皮肤吻合器	PWM1003	PWM1003	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针(器)，结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、双面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)、PET或离型纸组成。	通过			第12批

6818	C14080618700001117740000067	无创皮肤吻合器	PWF1002	PWF1002	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针(器)，结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件(pp)、单面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)或PU膜、双面无纺布胶带(聚丙烯酸酯压敏胶)、PET或离型纸组成。	通过			第12批
6819	C14080618700001117740000113	无创皮肤吻合器	BD-21	BD-21	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针(器)，结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件（pp）、单面无纺布胶带（聚丙烯酸酯压敏胶）或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件（pp）、单面无纺布胶带（聚丙烯酸酯压敏胶）或PU膜、双面无纺布胶带（聚丙烯酸酯亚敏胶）、PET活离型	通过			第12批

6820	C14080618700001117740000124	无创皮肤吻合器	FD-21	FD-21	浙械注准20192020359	丙类	187-缝合器类	否			是	HJE83501	经胸腔镜肺修补术	经胸外侧径路，消毒铺巾，贴膜，单肺通气，建立气胸，胸腔镜探查胸腔，探查病损部位并修补肺组织。用电刀或超声刀止血。置放胸腔闭式引流。关胸。	特殊缝线，特殊穿刺针（器），结扎夹，吻合器，缝合器	缝合器	用于体表手术伤口表皮闭合处理。	无创皮肤吻合器小扣系列由拉扣组件（pp）、单面无纺布胶带（聚丙烯酸酯压敏胶）或PU膜、离型纸组成；大扣系列由拉扣组件（pp）、单面无纺布胶带（聚丙烯酸酯压敏胶）或PU膜、双面无纺布胶带（聚丙烯酸酯亚敏胶）、PET活离型	通过			第12批

6821	C11021217210033117130000001	一次性皮肤吻合器	皮肤吻合器：ZH-PF-35A	皮肤吻合器：ZH-PF-35A	苏械注准20202020878	丙类	172-吻合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于各类创伤及手术切口表层皮肤缝合。	一次性皮肤吻合器主要由成型座、推钉片、储钉盒、活动手柄、固定手柄、缝合钉组成；拆钉器主要由上手柄、下手柄、支撑板组成。缝合钉采用符合GB 4234.1-2017要求的0Cr18Ni14Mo3材质，推钉片、支撑板采用符合GB/T1220-2007要求的06Cr19Ni10材质，固定手柄、	通过			第12批
6822	C11010217210007010980000001	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066008	取石钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批

6823	C11010217210007010980000002	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066302	一次性弯型持针器	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批
6824	C11010217210007010980000003	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066401	常规操作柄杆	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批

6825	C11010217210007010980000004	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066006	一次性胆囊抓钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批
6826	C11010217210007010980000005	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066004	一次性双动无损伤肠钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批

6827	C11010217210007010980000006	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066201	单动钛夹钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：[illegible]	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批
6828	C11010217210007010980000007	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066301	直型持针器	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：[illegible]	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批

6829	C11010217210007010980000008	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066003	一次性无损伤抓钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批
6830	C11010217210007010980000009	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066101	一次性弯剪	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批

6831	C11010217210007010980000010	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066005	一次性单动无损伤肠钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批
6832	C11010217210007010980000011	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066002	一次性直角分离钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批

6833	C11010217210007010980000012	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066007	一次性犬齿抓钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批
6834	C11010217210007010980000013	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066102	一次性钝头单动剪	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批

6835	C11010217210007010980000014	一次性腔镜缝合(器)及套件	RTS-1066001	一次性30°弯分离钳	湘械注准20152020017	甲类	172-吻合器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	缝合器	该产品供各类腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持，对组织进行夹持、分离、剪切、取石的操作。	由工作头部、传动部分、操作手柄和绝缘套管（部分型号）组成。主要材料为：工作头部：17-4PH不锈钢（直型持针器和一次性弯型持针器使用硬质合金钳头）；传动部分：SUS303不锈钢；手柄部分：PEEK工程塑料；绝缘套管：[illegible]	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批
6836	C11011318710021094430000016	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式细直分离钳(非锁止型)	HD1010211	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	不通过	与除外耗材不一致该产品组成持针器，适用范围组织钳，缝合器的核心组成包括器身、缝合钉、击发装置三大模块。		第12批

6837	C11011318710021094430000023	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式无损伤肠钳（非锁止型）	HD1010311	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6838	C11011318710021094430000024	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式弯型持针缝合钳	HD1020432	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6839	C11011318710021094430000025	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式非锁止型无损伤抓钳（3mm）	HD1010319	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6840	C11011318710021094430000027	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式弯剪13mm（3mm）	HD1010518	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6841	C11011318710021094430000035	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式非锁止型30度弯分离钳14mm（3mm）	HD1010219	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6842	C11011318710021094430000036	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式30度弯分离钳（非锁止型）	HD1010213	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6843	C11011318710021094430000039	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式直型持针缝合钳	HD1020431	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6844	C11011318710021094430000042	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式无损伤抓钳（非锁止型）	HD1010313	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6845	C11011318710021094430000051	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式胃抓钳（非锁止型）	HD10101119	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6846	C11011318710021094430000052	一次性腔镜切割缝合(器)及套件	整体式弯剪（非锁止型）	HD1010512	湘械注准20192020075	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	该产品供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行夹持、分离、剪切等操作。	根据操作手柄分为锁止型和非锁止型，由钳头（剪刀头）、杆、操作手柄三部分组成，根据各部分连接方式的不同，分为整体式、二分体、三分体三种结构形式。整体式结构为钳头（剪刀头）、杆、操作手柄整体连接，各部件不可拆分，整体一次性使用；二分体结构为钳头（剪刀头）与	通过			第12批

6847	C11011318710021160260000195	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LA-I-C4-5×330	XM-FHQG-LA-I-C4-5×330	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6848	C11011318710021160260000197	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LA-L-C7-5×360	XM-FHQG-LA-L-C7-5×360	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6849	C11011318710021160260000206	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LB-I-C5-5×330	XM-FHQG-LB-I-C5-5×330	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6850	C11011318710021160260000234	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-W-I-D1-5×330	XM-FHQG-W-I-D1-5×330	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6851	C11011318710021160260000236	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LB-I-B1-5×330	XM-FHQG-LB-I-B1-5×330	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6852	C11011318710021160260000238	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-W-I-D2-5×330	XM-FHQG-W-I-D2-5×330	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6853	C11011318710021160260000247	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LB-L-B4-5×360	XM-FHQG-LB-L-B4-5×360	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6854	C11011318710021160260000262	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LB-L-C7-5×360	XM-FHQG-LB-L-C7-5×360	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6855	C11011318710021160260000328	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LB-L-B6-5×360	XM-FHQG-LB-L-B6-5×360	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6856	C11011318710021160260000355	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LB-I-A2-5×330mm	XM-FHQG-LB-I-A2-5×330mm	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6857	C11011318710021160260000360	一次性使用带鞘管缝合器	XM-FHQG-LB-L-A4-5×360mm	XM-FHQG-LB-L-A4-5×360mm	鲁械注准20252020221	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器、带针缝合线和一次性使用穿刺器。其中一次性使用穿刺器使用一次性使用腹腔镜用穿刺器，带针缝合线为带针不可吸收缝合线，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

6858	C11011318710021160260000011	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LB-L-A4-5×360mm	XM-FHQ-LB-L-A4-5×360mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6859	C11011318710021160260000016	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LB-L-B4-5×360mm	XM-FHQ-LB-L-B4-5×360mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6860	C11011318710021160260000024	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LB-I-B1-5×330mm	XM-FHQ-LB-I-B1-5×330mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6861	C11011318710021160260000031	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LA-L-C7-5×360mm	XM-FHQ-LA-L-C7-5×360mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6862	C11011318710021160260000048	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LB-I-C5-5×330mm	XM-FHQ-LB-I-C5-5×330mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6863	C11011318710021160260000065	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-W-I-D2-5×330mm	XM-FHQ-W-I-D2-5×330mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6864	C11011318710021160260000083	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LB-L-B6-5×360mm	XM-FHQ-LB-L-B6-5×360mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6865	C11011318710021160260000085	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LB-L-C7-5×360mm	XM-FHQ-LB-L-C7-5×360mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6866	C11011318710021160260000108	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LA-I-C4-5×330mm	XM-FHQ-LA-I-C4-5×330mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6867	C11011318710021160260000152	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-LB-I-A2-5×330mm	XM-FHQ-LB-I-A2-5×330mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6868	C11011318710021160260000158	一次性使用带线缝合器	XM-FHQ-W-I-D1-5×330mm	XM-FHQ-W-I-D1-5×330mm	鲁械注准20252020121	丙类	187-缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		缝合器	适用于微创含自然腔道手术缝合，在软组织中进行间断缝合或连续缝合。	产品包括缝合器和缝合线两个独立的部件，缝合线为带针不可吸收缝合线，与缝合器组合使用。	通过			第12批

6869	C03300923900001125220000001	一次性使用纤维环缝合器	145	CSF	沪械注准20252040074	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		缝合器	产品供医疗机构用于单纯椎间盘突出髓核摘除手术后的纤维环缝合。	产品由手柄、扳机、穿刺管、推线杆、保护管和非吸收性外科缝线组成，推线杆在穿刺管和手柄内。穿刺管和推线杆由304不锈钢材料制成，非吸收性外科缝线由聚酯材料制成。	通过			第12批

6870	C03300923900001125220000002	一次性使用纤维环缝合器	175	CSF	沪械注准20252040074	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		缝合器	产品供医疗机构用于单纯椎间盘突出髓核摘除手术后的纤维环缝合。	产品由手柄、扳机、穿刺管、推线杆、保护管和非吸收性外科缝线组成，推线杆在穿刺管和手柄内。穿刺管和推线杆由304不锈钢材料制成，非吸收性外科缝线由聚酯材料制成。	通过			第12批

6871	C03300923900001125220000003	一次性使用纤维环缝合器	220	CSF	沪械注准20252040074	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		缝合器	产品供医疗机构用于单纯椎间盘突出髓核摘除手术后的纤维环缝合。	产品由手柄、扳机、穿刺管、推线杆、保护管和非吸收性外科缝线组成，推线杆在穿刺管和手柄内。穿刺管和推线杆由304不锈钢材料制成，非吸收性外科缝线由聚酯材料制成。	通过			第12批

6872	C03300923900001125220000004	一次性使用纤维环缝合器	330	CSF	沪械注准20252040074	丙类	239-纤维环缝合器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		缝合器	产品供医疗机构用于单纯椎间盘突出髓核摘除手术后的纤维环缝合。	产品由手柄、扳机、穿刺管、推线杆、保护管和非吸收性外科缝线组成，推线杆在穿刺管和手柄内。穿刺管和推线杆由304不锈钢材料制成，非吸收性外科缝线由聚酯材料制成。	通过			第12批

6873	C07110114800000143940000055	定制式活动矫治器	钟摆式扩弓器(插销式)	MEJ-KJ	渝械注准20202170307	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522012	恒牙期骨性安氏Ⅱ类错颌固定矫治器拔牙治疗	包括骨性安氏Ⅱ类错颌拔牙病例	口外弓、上下颌扩弓装置及其他辅助性矫治装置、腭杆	辅助性矫治装置	适用于口腔正畸	支架基托型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢丝弯制的支架（唇弓和卡环）连接制成。支架扩弓型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢钢丝弯制的支架（卡环）与扩弓螺丝连接制成。膜片压制型是由齿科膜片（树脂）通过真空压膜成型	通过			第12批
6874	C14171503500000230560000001	封闭式负压引流套装	VS-10×5	VS-10×5	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6875	C14171503500000230560000002	封闭式负压引流套装	VS-10×10	VS-10×10	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6876	C14171503500000230560000003	封闭式负压引流套装	VS-15×5	VS-15×5	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6877	C14171503500000230560000004	封闭式负压引流套装	VS-15×10	VS-15×10	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6878	C14171503500000230560000005	封闭式负压引流套装	VS-15×15	VS-15×15	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6879	C14171503500000230560000006	封闭式负压引流套装	VS-20×10	VS-20×10	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6880	C14171503500000230560000007	封闭式负压引流套装	VS-20×15	VS-20×15	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6881	C14171503500000230560000008	封闭式负压引流套装	VS-25×15	VS-25×15	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6882	C14171503500000230560000009	封闭式负压引流套装	VS-30×20	VS-30×20	渝械注准20252140288	甲类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧烫伤创面）进行引流。	封闭式负压引流套装（以下简称：负压引流套装）由聚氨酯海绵、负压引流管路（含负压引流管、冲洗管、吸盘、管路接头、止流阀（管夹））、一字型转接头、Y型转接头（选配）、吸盘贴膜、封闭贴膜（两张）组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

6883	C14120203500000092880000003	一次性使用体外引流器	2000mL	负压引流型（DLD-FY）	渝械注准20192140308	丙类	035-引流装置类	否			是	HYR45301	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。不含清创	负压护创材料	负压护创材料	供体外引流收集尿、储液用。	1普通引流型由袋体、引流导管和接头组成。2.负压引流型(400mL)由袋体、引流导管、接头、支撑盖子、调节阀、张力弹簧组成。3.负压引流型(2000mL)由袋体、支撑盖、引流导管、接头组成。4.防返流型(1500mL)由袋体、引流导管、接头、调节阀组成。5.防返流型(1000mL)	通过			第12批
6884	C07060114402002143940000033	定制式活动义齿	MEJ-HD-jmL	MEJ-HD-jmL	渝械注准20202170044	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	附着体	适用于牙列缺损、牙列缺失的修复。	全口义齿一般由人工牙齿和基托组成；局部义齿一般由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第12批

6885	C07050414300000001510000001	牙齿脱敏膏	100g/支	100g/支	渝械注准20252170082	丙类	143-牙体材料类	否			是	310510003	牙脱敏治疗	包括氟化钠、酚制剂等药物	高分子脱敏剂、氟化物	高分子脱敏剂	用于缓解暴露的牙颈部的过敏症状；减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。	本品由二氧化硅、碳酸钙、羧甲基纤维素钠、山梨醇、甘油、氯化锶、十二烷基硫酸钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、薄荷香精、糖精钠、二氧化钛、纯化水和铝塑复合管	通过			第12批
6886	C07050414300000001510000002	牙齿脱敏膏	110g/支	110g/支	渝械注准20252170082	丙类	143-牙体材料类	否			是	310510003	牙脱敏治疗	包括氟化钠、酚制剂等药物	高分子脱敏剂、氟化物	高分子脱敏剂	用于缓解暴露的牙颈部的过敏症状；减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。	本品由二氧化硅、碳酸钙、羧甲基纤维素钠、山梨醇、甘油、氯化锶、十二烷基硫酸钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、薄荷香精、糖精钠、二氧化钛、纯化水和铝塑复合管	通过			第12批
6887	C07050414300000001510000003	牙齿脱敏膏	120g/支	120g/支	渝械注准20252170082	丙类	143-牙体材料类	否			是	310510003	牙脱敏治疗	包括氟化钠、酚制剂等药物	高分子脱敏剂、氟化物	高分子脱敏剂	用于缓解暴露的牙颈部的过敏症状；减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。	本品由二氧化硅、碳酸钙、羧甲基纤维素钠、山梨醇、甘油、氯化锶、十二烷基硫酸钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、薄荷香精、糖精钠、二氧化钛、纯化水和铝塑复合管	通过			第12批

6888	C07050414300000001510000004	牙齿脱敏膏	20g/支	20g/支	渝械注准20252170082	丙类	143-牙体材料类	否			是	310510003	牙脱敏治疗	包括氟化钠、酚制剂等药物	高分子脱敏剂、氟化物	高分子脱敏剂	用于缓解暴露的牙颈部的过敏症状；减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。	本品由二氧化硅、碳酸钙、羧甲基纤维素钠、山梨醇、甘油、氯化锶、十二烷基硫酸钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、薄荷香精、糖精钠、二氧化钛、纯化水和铝塑复合管	通过			第12批
6889	C07050414300000001510000005	牙齿脱敏膏	36g/支	36g/支	渝械注准20252170082	丙类	143-牙体材料类	否			是	310510003	牙脱敏治疗	包括氟化钠、酚制剂等药物	高分子脱敏剂、氟化物	高分子脱敏剂	用于缓解暴露的牙颈部的过敏症状；减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。	本品由二氧化硅、碳酸钙、羧甲基纤维素钠、山梨醇、甘油、氯化锶、十二烷基硫酸钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、薄荷香精、糖精钠、二氧化钛、纯化水和铝塑复合管	通过			第12批
6890	C07050414300000001510000006	牙齿脱敏膏	60g/支	60g/支	渝械注准20252170082	丙类	143-牙体材料类	否			是	310510003	牙脱敏治疗	包括氟化钠、酚制剂等药物	高分子脱敏剂、氟化物	高分子脱敏剂	用于缓解暴露的牙颈部的过敏症状；减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。	本品由二氧化硅、碳酸钙、羧甲基纤维素钠、山梨醇、甘油、氯化锶、十二烷基硫酸钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、薄荷香精、糖精钠、二氧化钛、纯化水和铝塑复合管	通过			第12批

6891	C07050414300000001510000007	牙齿脱敏膏	70g/支	70g/支	渝械注准20252170082	丙类	143-牙体材料类	否			是	310510003	牙脱敏治疗	包括氟化钠、酚制剂等药物	高分子脱敏剂、氟化物	高分子脱敏剂	用于缓解暴露的牙颈部的过敏症状；减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。	本品由二氧化硅、碳酸钙、羧甲基纤维素钠、山梨醇、甘油、氯化锶、十二烷基硫酸钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、薄荷香精、糖精钠、二氧化钛、纯化水和铝塑复合管	通过			第12批
6892	C07050414300000001510000008	牙齿脱敏膏	90g/支	90g/支	渝械注准20252170082	丙类	143-牙体材料类	否			是	310510003	牙脱敏治疗	包括氟化钠、酚制剂等药物	高分子脱敏剂、氟化物	高分子脱敏剂	用于缓解暴露的牙颈部的过敏症状；减轻和预防因牙本质敏感而引起的牙齿过敏症状。	本品由二氧化硅、碳酸钙、羧甲基纤维素钠、山梨醇、甘油、氯化锶、十二烷基硫酸钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、薄荷香精、糖精钠、二氧化钛、纯化水和铝塑复合管	通过			第12批
6893	C07060114402002060450000001	定制式活动义齿	SH-HD	SH-HD	渝械注准20192170236	丙类	144-义齿材料类	否			是	310519010	义齿接长基托	包括边缘、游离端、义齿鞍基	各种基托材料	各种基托材料	用于牙列缺损、牙列缺损的活动修复。	全口义齿一般由人工牙和基托组成；局部义齿一般由固位体、连接体、人工牙和基	通过			第12批

6894	C07110114800000143940000036	定制式活动矫治器	加颊面管	MEJ-ZJ	渝械注准20202170307	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522014	替牙期安氏III类错颌正畸治疗	包括：1、前牙反颌；2、使用活动矫治器	上颌扩弓装置、功能矫治、颏兜	功能矫治	适用于口腔正畸	支架基托型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢丝弯制的支架（唇弓和卡环）连接制成。支架扩弓型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢钢丝弯制的支架（卡环）与扩弓螺丝连接制成。膜片压制型是由齿科膜片（树脂）通过真空压膜成型	通过			第12批
6895	C07110114800000143940000049	定制式活动矫治器	加牵引勾	MEJ-ZJ	渝械注准20202170307	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522013	乳牙期安氏III类错颌正畸治疗	包括：1、乳前牙反颌；2、使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗	功能矫治器、颏兜	功能矫治器	适用于口腔正畸	支架基托型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢丝弯制的支架（唇弓和卡环）连接制成。支架扩弓型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢钢丝弯制的支架（卡环）与扩弓螺丝连接制成。膜片压制型是由齿科膜片（树脂）通过真空压膜成型	通过			第12批

6896	C17010521604000156530000098	软聚硅酮伤口敷料	10 cm×30 cm	10 cm×30 cm	皖械注准20222140289	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于非慢性创面（浅表性创面、手术后缝合创面、机械创面、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面）的覆盖和护理。	产品由聚氨酯薄膜胶带、无纺布吸水垫（由聚酯纤维和粘胶纤维制成）、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型膜组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第12批

6897	C17010521604000156530000110	软聚硅酮伤口敷料	6 cm×7 cm	6 cm×7 cm	皖械注准20222140289	丙类	216-敷料类	否			是	ACBN0001	压疮护理	指使用压疮评估表确定压疮分级及危险因素，评估病情、压疮伤口类型，对有发生压疮危险的患者采取定时翻转，取适当体位，必要时采取保护措施。核对患者信息，做好解释取得配合，取适当体位，根据伤口干湿组织范围大小等，选择相应的无菌伤口敷料和药物，暴露创面，用生理盐	功能性敷料、药物、特殊仪器	功能性敷料	用于非慢性创面（浅表性创面、手术后缝合创面、机械创面、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面）的覆盖和护理。	产品由聚氨酯薄膜胶带、无纺布吸水垫（由聚酯纤维和粘胶纤维制成）、硅凝胶打孔聚氨酯薄膜和聚丙烯离型膜组成，不含可被人体吸收成分。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。	通过			第12批
6898	C07020508105000148040000001	口腔用骨填充材料	200mg	CSBS-A,方形	国械注准20253171249	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	骨代用品	本产品用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。	本产品由羟基磷灰石与胶原蛋白复合制备而成，呈块状。其中，无机松质骨源自牛股骨，胶原蛋白主要为猪Ⅰ型胶原，两者重量比约为9:1。本产品采用电子束辐照灭菌，产品货架有效	通过			第12批

6899	C07020508105000148040000013	口腔用骨填充材料	50mg	CSBS-A,方形	国械注准20253171249	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	骨代用品	本产品用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。	本产品由羟基磷灰石与胶原蛋白复合制备而成，呈块状。其中，无机松质骨源自牛股骨，胶原蛋白主要为猪Ⅰ型胶原，两者重量比约为9:1。本产品采用电子束辐照灭菌，产品货架有效	通过			第12批
6900	C07020508105000148040000015	口腔用骨填充材料	250mg	CSBS-C,塞形	国械注准20253171249	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	骨代用品	本产品用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。	本产品由羟基磷灰石与胶原蛋白复合制备而成，呈块状。其中，无机松质骨源自牛股骨，胶原蛋白主要为猪Ⅰ型胶原，两者重量比约为9:1。本产品采用电子束辐照灭菌，产品货架有效	通过			第12批

6901	C07020508105000148040000018	口腔用骨填充材料	100mg	CSBS-A,方形	国械注准20253171249	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	骨代用品	本产品用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。	本产品由羟基磷灰石与胶原蛋白复合制备而成，呈块状。其中，无机松质骨源自牛股骨，胶原蛋白主要为猪Ⅰ型胶原，两者重量比约为9:1。本产品采用电子束辐照灭菌，产品货架有效	通过			第12批
6902	C07020508105000148040000020	口腔用骨填充材料	120mg	CSBS-B,L形	国械注准20253171249	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	骨代用品	本产品用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复。	本产品由羟基磷灰石与胶原蛋白复合制备而成，呈块状。其中，无机松质骨源自牛股骨，胶原蛋白主要为猪Ⅰ型胶原，两者重量比约为9:1。本产品采用电子束辐照灭菌，产品货架有效	通过			第12批

6903	C07110214802001020840000064	定制式固定矫治器	激光选区熔化钴铬合金支架型固定矫治器(JMJZ-GC)	激光选区熔化钴铬合金支架型固定矫治器(JMJZ-GC)	渝械注准20222170221	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522024	颅面畸形正畸治疗	指活动：包括：1、Crouzon综合征、Apert综合征、Treacher-Collins综合征；2、用活动矫治器或固定矫治器治疗	活动矫治器增加其他部件、固定矫治器增加其他附加装置	固定矫治器增加其他附加装置	用于预防、阻断、治疗患者错颌畸形	激光选区熔化钴铬合金支架型固定矫治器（JMJZ-GC）：该类固定矫治器由牙科用激光选区熔化合金粉末、螺旋器，经过CAD设计、选区激光熔化、弯制、焊接、打磨抛光等工序中的部分或全部工艺制作而成。该类固定矫治器不含树脂基托。激光选区熔化钴铬合金支架基托混合型固定矫	通过			第12批

6904	C05050100000000101550000001	一次性使用无菌夹子装置	MZ-SKD-I	刀片型	京械注准20192030035	丙类	000--	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		固定器	与钛夹配合使用，适用于心脏瓣膜手术缝合打结固定。	一次性使用无菌夹子装置由刀片（或剪刀组）、冲剪夹、推送杆、连接杆、手柄、拉簧、扳机组成。	不通过	组成是剪刀和刀片，与固定功能无关。		第12批

6905	C05050100000000101550000015	一次性使用无菌夹子装置	MZ-SKD-Ⅱ	刀片型	京械注准20192030035	丙类	000--	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		固定器	与钛夹配合使用，适用于心脏瓣膜手术缝合打结固定。	一次性使用无菌夹子装置由刀片（或剪刀组）、冲剪夹、推送杆、连接杆、手柄、拉簧、扳机组成。	不通过	组成是剪刀和刀片，与固定功能无关。		第12批

6906	C05050100000000101550000018	一次性使用无菌夹子装置	MZ-SKN-I	无刀型	京械注准20192030035	丙类	000--	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	与钛夹配合使用，适用于心脏瓣膜手术缝合打结固定。	刀片型和剪刀型产品：由刀片（或剪刀组）、冲剪夹、推送杆、连接杆、手柄、拉簧、扳机组成。 无刀型产品：由冲剪夹、推送杆、连接杆、手柄、拉簧、扳机组成	不通过	组成是剪刀和刀片，与固定功能无关。		第12批

6907	C05050100000000101550000019	一次性使用无菌夹子装置	MZ-SKN-Ⅱ	无刀型	京械注准20192030035	丙类	000--	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	与钛夹配合使用，适用于心脏瓣膜手术缝合打结固定。	刀片型和剪刀型产品：由刀片（或剪刀组）、冲剪夹、推送杆、连接杆、手柄、拉簧、扳机组成。 无刀型产品：由冲剪夹、推送杆、连接杆、手柄、拉簧、扳机组成	不通过	组成是剪刀和刀片，与固定功能无关。		第12批

6908	C14020226400011230560000001	一次性使用无菌切口保护套	NS/70-60-55-130	NS/70-60-55-130	渝械注准20252020241	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。	一次性使用无菌切口保护套为变高型，由内卡环、通道、外卡环组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	适用范围是一次性使用无菌切口保护套属于“切口牵开保护装置”，非植入式固定器。		第12批

6909	C14020226400011230560000002	一次性使用无菌切口保护套	NS/90-80-75-160	NS/90-80-75-160	渝械注准20252020241	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。	一次性使用无菌切口保护套为变高型，由内卡环、通道、外卡环组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	适用范围是一次性使用无菌切口保护套属于“切口牵开保护装置”，非植入式固定器。		第12批

6910	C14020226400011230560000003	一次性使用无菌切口保护套	NS/130-120-120-160	NS/130-120-120-160	渝械注准20252020241	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。	一次性使用无菌切口保护套为变高型，由内卡环、通道、外卡环组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	适用范围是一次性使用无菌切口保护套属于“切口牵开保护装置”，非植入式固定器。		第12批

6911	C14020226400011230560000004	一次性使用无菌切口保护套	NS/160-150-140-160	NS/160-150-140-160	渝械注准20252020241	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。	一次性使用无菌切口保护套为变高型，由内卡环、通道、外卡环组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	适用范围是一次性使用无菌切口保护套属于“切口牵开保护装置”，非植入式固定器。		第12批

6912	C14020226400011230560000005	一次性使用无菌切口保护套	NS/200-190-180-230	NS/200-190-180-230	渝械注准20252020241	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。	一次性使用无菌切口保护套为变高型，由内卡环、通道、外卡环组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	适用范围是一次性使用无菌切口保护套属于“切口牵开保护装置”，非植入式固定器。		第12批

6913	C14020226400011230560000006	一次性使用无菌切口保护套	NS/230-220-210-310	NS/230-220-210-310	渝械注准20252020241	丙类	264-切口保护器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		固定器	适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。	一次性使用无菌切口保护套为变高型，由内卡环、通道、外卡环组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	适用范围是一次性使用无菌切口保护套属于“切口牵开保护装置”，非植入式固定器。		第12批
6914	C03160912700003118460000001	背部固定器	S/M/L/XL/XXL	WSD-KFBB01	川泸械备20210010号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体躯干、腰部、肩部等部位的外固定或支撑。	背部固定器产品主要由织物（优质非织造布、松紧带）、铝合金支条、高分子材料（ABS注塑板、硅胶拉环、粘粘带、魔术贴）等制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的，无源产品	通过			第12批

6915	C03160912700003118460000003	背部固定器	S/M/L/XL/XXL	WSD-KFBB02	川泸械备20210010号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体躯干、腰部、肩部等部位的外固定或支撑。	背部固定器产品主要由织物（优质非织造布、松紧带）、铝合金支条、高分子材料（ABS注塑板、硅胶拉环、粘粘带、魔术贴）等制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的，无源产品	通过			第12批
6916	C03160912700003118460000005	踝部固定器	均码	WSD-KFHB01	川泸械备20210009号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体胫腓踝、足部部位的外固定或支撑	踝部固定器主要织物（优质非织造布）、铝合金支撑条、高分子材料（塑料环扣、粘扣带、魔术贴）等制成。穿戴足踝部活动，达到保持其稳定等目的。无源产	通过			第12批

6917	C03160912700003118460000037	肩部固定器	均码	WSD-GKJGJ02	川泸械备20210020号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	主要用于肩臂部的外固定或支撑。	肩部固定器产品主要由织物（优质非织造布）、金属材料（金属拉链、铝合金支撑条）、高分子材料（海绵枕、握力球、塑料支撑板、粘扣带、魔术贴）等组成。非无菌提供，穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等	通过			第12批
6918	C03160912700003118460000041	肩部固定器	均码	WSD-GKBWZ02	川泸械备20210020号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	主要用于肩臂部的外固定或支撑。	肩部固定器产品主要由织物（优质非织造布）、金属材料（金属拉链、铝合金支撑条）、高分子材料（海绵枕、握力球、塑料支撑板、粘扣带、魔术贴）等组成。非无菌提供，穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等	通过			第12批

6919	C03160912700003118460000004	髋部固定器	S/M/L	WSD-KFKB01	川泸械备20210012号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体髋部、下肢等部位的外固定或支撑	髋部固定器产品主要由金属材料（不锈钢支条、铝合金支条、金属环扣、柳钉）、织物（内衬）、高分子材料（塑料板材、粘粘带、魔术贴）等制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。无	通过			第12批
6920	C03160912700003118460000007	髋部固定器	均码	WSD-KFKB02	川泸械备20210012号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体髋部、下肢等部位的外固定或支撑	髋部固定器产品主要由金属材料（不锈钢支条、铝合金支条、金属环扣、柳钉）、织物（内衬）、高分子材料（塑料板材、粘粘带、魔术贴）等制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。无	通过			第12批

6921	C03160912700003118460000009	髋部固定器	均码	WSD-KFKB03	川泸械备20210012号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体髋部、下肢等部位的外固定或支撑	髋部固定器产品主要由金属材料（不锈钢支条、铝合金支条、金属环扣、柳钉）、织物（内衬）、高分子材料（塑料板材、粘粘带、魔术贴）等制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。无	通过			第12批
6922	C03160912700003118460000011	髋部固定器	均码	WSD-KFKB04	川泸械备20210012号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体髋部、下肢等部位的外固定或支撑	髋部固定器产品主要由金属材料（不锈钢支条、铝合金支条、金属环扣、柳钉）、织物（内衬）、高分子材料（塑料板材、粘粘带、魔术贴）等制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。无	通过			第12批

6923	C03160923400002118460000006	前臂吊带	均码	WSD-GKQB01	川泸械备20210004号	丙类	234-固定支具类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	主要用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用优质非织造布、不锈钢圆环、高分子材料（扣环、织带）等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器	通过			第12批
6924	C03160912700003118460000019	手指固定器	均码	WSD-KFSZ02	川泸械备20210019号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体手指部位的外固定或支撑。	手指固定器产品主要由金属材料（铝合金、不锈钢）、高分子材料（海绵垫）等制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。无	通过			第12批
6925	C14090118800000118460000001	锁骨固定带	均码	WSD-GKSG01	川泸械备20210002号	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	主要用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用优质非织造布、不锈钢圆环、高分子材料（粘粘带、魔术贴）等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连	通过			第12批

6926	C03160923400002118460000016	下肢支具	均码（分左右）	WSD-GKXZ02	川泸械备20210015号	丙类	234-固定支具类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	下肢支具产品主要由非织造布、金属材料（铝合金支撑条、不锈钢支撑条、柳钉、三角扣）、高分子材料（塑料板材、魔术贴、粘扣带）等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器	通过			第12批
6927	C03160923400002118460000018	下肢支具	均码（分左右）	WSD-GKXZ03	川泸械备20210015号	丙类	234-固定支具类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	下肢支具产品主要由非织造布、金属材料（铝合金支撑条、不锈钢支撑条、柳钉、三角扣）、高分子材料（塑料板材、魔术贴、粘扣带）等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器	通过			第12批

6928	C03160923400002118460000019	下肢支具	均码（分左右）	WSD-GKXZ04	川泸械备20210015号	丙类	234-固定支具类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	下肢支具产品主要由非织造布、金属材料（铝合金支撑条、不锈钢支撑条、柳钉、三角扣）、高分子材料（塑料板材、魔术贴、粘扣带）等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器	通过			第12批
6929	C03160923400002118460000020	下肢支具	均码（分左右）	WSD-GKXZ01	川泸械备20210015号	丙类	234-固定支具类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	下肢支具产品主要由非织造布、金属材料（铝合金支撑条、不锈钢支撑条、柳钉、三角扣）、高分子材料（塑料板材、魔术贴、粘扣带）等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器	通过			第12批

6930	C03160912700003118460000027	肘部固定器	均码	WSD-KFZG01	川泸械备20210023号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	对于对人体肘部部位的外固定或支撑。	肘部固定器产品主要由金属材料（铝合金支条，不锈钢支条，柳钉）、高分子材料（塑料板、海绵内衬、粘扣带、魔术贴）、织物等制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的，无	通过			第12批
6931	C03160912700003118460000023	足部固定器	均码	WSD-GKZT01	川泸械备20210024号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体胫腓踝、足部部位的外固定或支撑。	足部固定器产品主要织物（优质非织造布）、金属（铝合金支条、金属环扣）、高分子材料（塑料板材、粘扣带、魔术贴、塑料环扣、硅胶）等制成。非无菌提供，穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的，无	通过			第12批

6932	C03160912700003118460000036	足部固定器	均码	WSD-KFZB04	川泸械备20210024号	丙类	127-固定器类	否			是	420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	固定物	用于对人体胫腓踝、足部部位的外固定或支撑。	足部固定器产品主要织物（优质非织造布）、金属（铝合金支条、金属环扣）、高分子材料（塑料板材、粘扣带、魔术贴、塑料环扣、硅胶）等制成。非无菌提供，穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等	通过			第12批

6933	C020712073000042343900000001	封堵止血系统	HVCS-6/7F，适配血管鞘尺寸6/7F	HVCS-6/7F	国械注准20243131834	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		关闭器	该产品用于对股动脉穿刺患者进行股动脉封堵止血。	该产品由输送系统和止血塞组成。其中输送系统包括二通阀、手柄操作和指示系统、封堵球囊导管和注射器四部分组成。其中止血塞由PEG材料制成。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期15个月。	通过			第12批

6934	C02071207300004234390000002	封堵止血系统	HVCS-8F，适配血管鞘尺寸8F	HVCS-8F	国械注准20243131834	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		关闭器	该产品用于对股动脉穿刺患者进行股动脉封堵止血。	该产品由输送系统和止血塞组成。其中输送系统包括二通阀、手柄操作和指示系统、封堵球囊导管和注射器四部分组成。其中止血塞由PEG材料制成。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期15个月。	通过			第12批

6935	C02071207300004234390000003	封堵止血系统	HVCS-5F，适配血管鞘尺寸5F	HVCS-5F	国械注准20243131834	丙类	073-止血装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		关闭器	该产品用于对股动脉穿刺患者进行股动脉封堵止血。	该产品由输送系统和止血塞组成。其中输送系统包括二通阀、手柄操作和指示系统、封堵球囊导管和注射器四部分组成。其中止血塞由PEG材料制成。产品经辐照灭菌，一次性使用。货架有效期15个月。	通过			第12批

6936	C14100424700001039660001960	麻醉机和呼吸机用呼吸管路	B0362	B	浙械注准20162080678	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	A1型由管路、集水杯、单管及接头组成，360度延长管、挂钩、夹片、盖帽、麻醉储气囊、呼吸过滤器、湿化罐、120°弯头为选配件。 A2型由同轴回路、单管及接头组成，直接头、麻醉储气囊、麻醉面罩为选配件。 A3 型由中分回路、单管及接头组成，直接头、麻醉储气囊、麻醉面罩、呼吸过	通过			第12批

6937	C14100424700001039660002339	麻醉机和呼吸机用呼吸管路	B0386	B	浙械注准20162080678	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	A1型由管路、集水杯、单管及接头组成，360度延长管、挂钩、夹片、盖帽、麻醉储气囊、呼吸过滤器、湿化罐、120°弯头为选配件。 A2型由同轴回路、单管及接头组成，直接头、麻醉储气囊、麻醉面罩为选配件。 A3 型由中分回路、单管及接头组成，直接头、麻醉储气囊、麻醉面罩、呼吸过	通过			第12批

6938	C14100424700001039660002419	麻醉机和呼吸机用呼吸管路	B0518	B	浙械注准20162080678	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	A1型由管路、集水杯、单管及接头组成，360度延长管、挂钩、夹片、盖帽、麻醉储气囊、呼吸过滤器、湿化罐、120°弯头为选配件。 A2型由同轴回路、单管及接头组成，直接头、麻醉储气囊、麻醉面罩为选配件。 A3 型由中分回路、单管及接头组成，直接头、麻醉储气囊、麻醉面罩、呼吸过	通过			第12批

6939	C14100424700001039660002783	麻醉机和呼吸机用呼吸管路	B0844	B	浙械注准20162080678	丙类	247-麻醉管路类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于与麻醉机、呼吸机、湿化器配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。	A1型由管路、集水杯、单管及接头组成，360度延长管、挂钩、夹片、盖帽、麻醉储气囊、呼吸过滤器、湿化罐、120°弯头为选配件。 A2型由同轴回路、单管及接头组成，直接头、麻醉储气囊、麻醉面罩为选配件。 A3 型由中分回路、单管及接头组成，直接头、麻醉储气囊、麻醉面罩、呼吸过	通过			第12批
6940	C09030101000000025330000028	一次性使用单采血液成份分离器	HDQ928A11	HDQ928A11	国械注准20153101686	丙类	010-管路类	否			是	310800005a	单采血小板、白细胞		管路	管路	与血液成分分离机配套，用于血液成分采集、分离和回输。	一次性使用单采血液成份分离器由分离杯、管路系统、静脉穿刺器和收集系统(血浆转移袋、转移袋、采样袋、血液成分收集袋、中转袋)全部或部分	不通过	除外耗材名称为管路，与结构组成分离器不一致		第12批

6941	C1402020000000003966000000 9	一次性使用加热呼吸管路	AH11016	AH11016	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批

6942	C14020200000000039660000050	一次性使用加热呼吸管路	SH20016	SH20016	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批

6943	C1402020000000003966000005 3	一次性使用加热呼吸管路	AH21016	AH21016	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批

6944	C1402020000000003966000007 4	一次性使用加热呼吸管路	DH11016	DH11016	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批

6945	C1402020000000003966000007 8	一次性使用加热呼吸管路	AH01016	AH01016	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批

6946	C14020200000000039660000079	一次性使用加热呼吸管路	DH00216	DH00216	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批

6947	C1402020000000003966000008 3	一次性使用加热呼吸管路	DH00016	DH00016	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批

6948	C1402020000000003966000085	一次性使用加热呼吸管路	SH00016	SH00016	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批

6949	C14020200000000039660000090	一次性使用加热呼吸管路	SH11016	SH11016	浙械注准20232081904	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	管路	产品用于呼吸机与面罩或者气管插管之间的气路连接，具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	SH由盖帽、三通接头、闷盖、普通呼吸管路（含接头）、集水杯、加热进气管（含接头）、管路加热丝连接线、120°弯头及配件组成，成人/儿童配件为夹片、挂钩、直接头、90°弯头、单管（含接头），新生儿配件为直接头、直接头（新生儿）、测压管、测压管接头、单管	通过			第12批
6950	C07060114406003106500000108	定制式固定义齿	美塑股份有限公司	/	渝械注准20162170111	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	本产品适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，含修复重度牙体缺损的固定性修复体。如冠、嵌体、桩核、贴面及种植义齿的	通过			第12批

6951	C07060114401002020840000089	定制式固定义齿	JMDY-GF(种植上部钴铬合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GF(种植上部钴铬激光选区熔化金属桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6952	C07060114401002020840000091	定制式固定义齿	JMDY-GA(钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠/桥)	JMDY-GA(钴铬合金激光选区熔化烤瓷桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6953	C07060114401002020840000092	定制式固定义齿	JMDY-GE(种植上部钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠/桥)	JMDY-GE(种植上部钴铬合金激光选区熔化烤瓷桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6954	C07060114401002020840000093	定制式固定义齿	JMDY-GA(钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠/桥)	JMDY-GA(钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6955	C07060114401002020840000094	定制式固定义齿	JMDY-GC(钛合金激光选区熔化烤塑冠/桥)	JMDY-GC(钛合金激光选区熔化烤塑冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6956	C07060114401002020840000095	定制式固定义齿	JMDY-GB(钴铬合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GB(钴铬激光选区熔化金属冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6957	C07060114401002020840000097	定制式固定义齿	JMDY-GB(钴铬合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GB(钴铬合金激光选区熔化金属冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6958	C07060114401002020840000098	定制式固定义齿	JMDY-GG(种植上部钛合金激光选区熔化烤塑冠/桥)	JMDY-GG(种植上部钛激光选区熔化烤塑桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6959	C07060114401002020840000099	定制式固定义齿	JMDY-GF(种植上部钴铬合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GF(种植上部钴铬激光选区熔化金属冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6960	C07060114401002020840000100	定制式固定义齿	JMDY-GB(钴铬合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GB(钴铬合金激光选区熔化金属桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6961	C07060114401002020840000101	定制式固定义齿	JMDY-GC(钛合金激光选区熔化烤塑冠/桥)	JMDY-GC(钛激光选区熔化烤塑冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6962	C07060114401002020840000102	定制式固定义齿	JMDY-GI(钴铬合金激光选区熔化桩核)	JMDY-GI(钴铬合金激光选区熔化桩核)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6963	C07060114401002020840000103	定制式固定义齿	JMDY-GD(钛合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GD(钛合金激光选区熔化金属冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6964	C07060114401002020840000104	定制式固定义齿	JMDY-GJ(钛合金激光选区熔化桩核)	JMDY-GJ(钛激光选区熔化桩核)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6965	C07060114401002020840000105	定制式固定义齿	JMDY-GG(种植上部钛合金激光选区熔化烤塑冠/桥)	JMDY-GG(种植上部钛合金激光选区熔化烤塑桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6966	C07060114401002020840000106	定制式固定义齿	JMDY-GE(种植上部钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠/桥)	JMDY-GE(种植上部钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6967	C07060114401002020840000107	定制式固定义齿	JMDY-GF(种植上部钴铬合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GF(种植上部钴铬合金激光选区熔化金属冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6968	C07060114401002020840000108	定制式固定义齿	JMDY-GE(种植上部钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠/桥)	JMDY-GE(种植上部钴铬激光选区熔化烤瓷桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6969	C07060114401002020840000110	定制式固定义齿	JMDY-GE(种植上部钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠/桥)	JMDY-GE(种植上部钴铬激光选区熔化烤瓷冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6970	C07060114401002020840000111	定制式固定义齿	JMDY-GG(种植上部钛合金激光选区熔化烤塑冠/桥)	JMDY-GG(种植上部钛合金激光选区熔化烤塑冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6971	C07060114401002020840000112	定制式固定义齿	JMDY-GH(种植上部钛合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GH(种植上部钛合金激光选区熔化金属冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6972	C07060114401002020840000113	定制式固定义齿	JMDY-GC(钛合金激光选区熔化烤塑冠/桥)	JMDY-GC(钛合金激光选区熔化烤塑桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6973	C07060114401002020840000114	定制式固定义齿	JMDY-GA(钴铬合金激光选区熔化烤瓷冠/桥)	JMDY-GA(钴铬激光选区熔化烤瓷冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6974	C07060114401002020840000115	定制式固定义齿	JMDY-GH(种植上部钛合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GH(种植上部钛激光选区熔化金属冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6975	C07060114401002020840000116	定制式固定义齿	JMDY-GF(种植上部钴铬合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GF(种植上部钴铬合金激光选区熔化金属桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6976	C07060114401002020840000117	定制式固定义齿	JMDY-GD(钛合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GD(钛合金激光选区熔化金属桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6977	C07060114401002020840000118	定制式固定义齿	JMDY-GH(种植上部钛合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GH(种植上部钛合金激光选区熔化金属桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6978	C07060114401002020840000119	定制式固定义齿	JMDY-GC(钛合金激光选区熔化烤塑冠/桥)	JMDY-GC(钛激光选区熔化烤塑桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6979	C07060114401002020840000120	定制式固定义齿	JMDY-GB(钴铬合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GB(钴铬激光选区熔化金属桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6980	C07060114401002020840000121	定制式固定义齿	JMDY-GH(种植上部钛合金激光选区熔化金属冠/桥)	JMDY-GH(种植上部钛激光选区熔化金属桥)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

6981	C07060114401002020840000122	定制式固定义齿	JMDY-GG(种植上部钛合金激光选区熔化烤塑冠/桥)	JMDY-GG(种植上部钛激光选区熔化烤塑冠)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
6982	C07060114401002020840000024	定制式固定义齿	CQ-GB	CQ-GB	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6983	C07060114401002020840000065	定制式固定义齿	CQ-GB(全瓷桥)	CQ-GB(全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
6984	C07060114401002020840000070	定制式固定义齿	CQ-GB(全瓷冠)	CQ-GB(全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6985	C07060114401002020840000086	定制式固定义齿	CQ-GQ(种植上部全瓷冠)	CQ-GQ(种植上部全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
6986	C07060114401002020840000088	定制式固定义齿	CQ-GN(种植上部金属烤塑冠)	CQ-GN(种植上部金属烤塑冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6987	C07060114402002020840000008	定制式固定义齿	CQ-GB	CQ-GB	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
6988	C07060114402002020840000020	定制式固定义齿	CQ-GQ(种植上部全瓷冠)	CQ-GQ(种植上部全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6989	C07060114402002020840000021	定制式固定义齿	CQ-GC(金属合金桥)	CQ-GC(金属合金冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
6990	C07060114402002020840000022	定制式固定义齿	CQ-GQ(种植上部全瓷桥)	CQ-GQ(种植上部全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6991	C07060114402002020840000028	定制式固定义齿	CQ-GB(全瓷冠)	CQ-GB(全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
6992	C07060114402002020840000034	定制式固定义齿	CQ-GK(树脂嵌体)	CQ-GK(光固化树脂嵌体)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6993	C07060114402002020840000038	定制式固定义齿	CQ-GM(树脂冠)	CQ-GM(光固化树脂冠)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
6994	C07060114402002020840000039	定制式固定义齿	CQ-GJ(压铸全瓷冠)	CQ-GJ(压铸全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6995	C07060114402002020840000040	定制式固定义齿	CQ-GB(全瓷桥)	CQ-GB(全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
6996	C07060114402002020840000041	定制式固定义齿	CQ-GJ(压铸全瓷桥)	CQ-GJ(压铸全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6997	C07060114402002020840000047	定制式固定义齿	CQ-GP(种植上部金属烤瓷桥)	CQ-GP(种植上部金属烤瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
6998	C07060114402003020840000012	定制式固定义齿	义获嘉伟瓦登特公司	/	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

6999	C07060114405001020840000012	定制式固定义齿	义获嘉伟瓦登特公司	/	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
7000	C07060114405003020840000002	定制式固定义齿	威兰德牙科科技公司	/	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

7001	C07060114406001020840000012	定制式固定义齿	义获嘉伟瓦登特公司	/	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
7002	C07060114406001020840000021	定制式固定义齿	德国维他公司	/	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

7003	C07060114409002020840000023	定制式固定义齿	CQ-GQ(种植上部全瓷冠)	CQ-GQ(种植上部全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
7004	C07060114409002020840000024	定制式固定义齿	CQ-GC(金属合金冠)	CQ-GC(金属合金冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

7005	C07060114409002020840000030	定制式固定义齿	CQ-GM(树脂冠)	CQ-GM(光固化树脂冠)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
7006	C07060114409002020840000033	定制式固定义齿	CQ-GB(全瓷桥)	CQ-GB(全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

7007	C07060114409002020840000037	定制式固定义齿	CQ-GK(光固化树脂嵌体)	CQ-GK(光固化树脂嵌体)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
7008	C07060114409002020840000039	定制式固定义齿	CQ-GB(全瓷冠)	CQ-GB(全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

7009	C07060114409002020840000040	定制式固定义齿	CQ-GN(种植上部金属烤塑桥)	CQ-GN(种植上部金属烤塑冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
7010	C07060114409002020840000041	定制式固定义齿	CQ-GM(光固化树脂冠)	CQ-GM(光固化树脂冠)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

7011	C07060114409002020840000045	定制式固定义齿	CQ-GJ(压铸全瓷桥)	CQ-GJ(压铸全瓷冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
7012	C07060114401003143940000095	定制式固定义齿	北京德普润新材料科技有限公司	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批
7013	C07060114405001143940000002	定制式固定义齿	威兰德牙科科技公司	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	是-重庆	中选	牙冠价格联动挂网采购项目	是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批

7014	C07060114405001143940000003	定制式固定义齿	爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	是-重庆	中选	牙冠价格联动挂网采购项目	是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批
7015	C07060114405001143940000007	定制式固定义齿	3M 德国公司	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	是-重庆	中选	牙冠价格联动挂网采购项目	是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批
7016	C07060114405001143940000009	定制式固定义齿	可乐丽则武齿科株式会社	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	是-重庆	中选	牙冠价格联动挂网采购项目	是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批
7017	C07060114405001143940000011	定制式固定义齿	德固丹特公司	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	是-重庆	中选	牙冠价格联动挂网采购项目	是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批

7018	C07060114405001143940000015	定制式固定义齿	阿曼吉尔巴赫股份有限公司	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	是-重庆	中选	牙冠价格联动挂网采购项目	是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批
7019	C07060114405001143940000019	定制式固定义齿	吉诺斯株式会社	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	是-重庆	中选	牙冠价格联动挂网采购项目	是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批
7020	C07060114405001143940000021	定制式固定义齿	德国维他公司	/	渝械注准20202170045	丙类	144-义齿材料类	是-重庆	中选	牙冠价格联动挂网采购项目	是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥等，还包括固定修复贴面、嵌体、种植体上部修复冠/桥	通过			第12批
7021	C07060114401002143940000042	定制式固定义齿	MEJ-3D-h4G	MEJ-3D-h4G	渝械注准20202170234	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	由固体位、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥，也包含种植体上部修复冠/桥。	通过			第12批

7022	C07060114401002143940000043	定制式固定义齿	MEJ-3D-h3G	MEJ-3D-h3G	渝械注准20202170234	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作	冠	适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复	由固体位、桥体和连接体组成，产品主要结构为冠、桥，也包含种植体上部修复冠/桥。	通过			第12批
7023	C07060114400004020840000003	定制式临时牙	切削种植上部临时树脂冠/桥	JM-LB	渝械注准20222170218	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于在牙体预备或种植牙后、牙齿拔除愈合期间，永久性修复义齿制作完成前，佩戴本产品进行暂时性的过渡修复。	定制式临时牙由临时冠桥树脂块（主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯和二甲基丙烯酸乙二醇酯）通过切削工艺制作而成，按结构功能可分为树脂冠、树脂桥和嵌体。树脂冠是覆盖部分或全部临床牙冠/基台的冠修复体；树脂桥由固位体、桥体和连接体组成；嵌体是一种嵌入牙体	通过			第12批

7024	C07060114400004020840000005	定制式临时牙	JM-LB	JM-LB	渝械注准20222170218	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于在牙体预备或种植牙后、牙齿拔除愈合期间，永久性修复义齿制作完成前，佩戴本产品进行暂时性的过渡修复。	定制式临时牙由临时冠桥树脂块（主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯和二甲基丙烯酸乙二醇酯）通过切削工艺制作而成，按结构功能可分为树脂冠、树脂桥和嵌体。树脂冠是覆盖部分或全部临床牙冠/基台的冠修复体；树脂桥由固位体、桥体和连接体组成；嵌体是一种嵌入牙体	通过			第12批

7025	C07060114400004020840000006	定制式临时牙	JM-LC	JM-LC	渝械注准20222170218	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于在牙体预备或种植牙后、牙齿拔除愈合期间，永久性修复义齿制作完成前，佩戴本产品进行暂时性的过渡修复。	定制式临时牙由临时冠桥树脂块（主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯和二甲基丙烯酸乙二醇酯）通过切削工艺制作而成，按结构功能可分为树脂冠、树脂桥和嵌体。树脂冠是覆盖部分或全部临床牙冠/基台的冠修复体；树脂桥由固位体、桥体和连接体组成；嵌体是一种嵌入牙体	通过			第12批

7026	C07060114400004020840000007	定制式临时牙	JM-LA(切削临时树脂冠/桥)	JM-LA(切削临时树脂冠/桥)	渝械注准20222170218	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于在牙体预备或种植牙后、牙齿拔除愈合期间，永久性修复义齿制作完成前，佩戴本产品进行暂时性的过渡修复。	定制式临时牙由临时冠桥树脂块（主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯和二甲基丙烯酸乙二醇酯）通过切削工艺制作而成，按结构功能可分为树脂冠、树脂桥和嵌体。树脂冠是覆盖部分或全部临床牙冠/基台的冠修复体；树脂桥由固位体、桥体和连接体组成；嵌体是一种嵌入牙体	通过			第12批

7027	C07060114400004020840000008	定制式临时牙	JM-LB(切削种植上部临时树脂冠/桥)	JM-LB(切削种植上部临时树脂冠/桥)	渝械注准20222170218	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	冠	用于在牙体预备或种植牙后、牙齿拔除愈合期间，永久性修复义齿制作完成前，佩戴本产品进行暂时性的过渡修复。	定制式临时牙由临时冠桥树脂块（主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯和二甲基丙烯酸乙二醇酯）通过切削工艺制作而成，按结构功能可分为树脂冠、树脂桥和嵌体。树脂冠是覆盖部分或全部临床牙冠/基台的冠修复体；树脂桥由固位体、桥体和连接体组成；嵌体是一种嵌入牙体	通过			第12批

7028	C07110114800000143940000053	定制式活动矫治器	加颌垫	MEJ-ZJ	渝械注准20202170307	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310520001	颌垫	含牙体预备，调颌，制印模、模型，蜡合记录，技工室制作；不含疗效分析专用设备检查	铸造支架、颌垫材料、咬合板材料(塑料，树脂，铸造不锈钢，铸造金合金，铸造不锈钢或铸造金合金网+塑料，铸造不锈钢或铸造金合金网+树脂)	颌垫材料	适用于口腔正畸	支架基托型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢丝弯制的支架（唇弓和卡环）连接制成。支架扩弓型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢钢丝弯制的支架（卡环）与扩弓螺丝连接制成。膜片压制型是由齿科膜片（树脂）通过真空压膜成型	通过			第12批

7029	C07110214802001020840000067	定制式固定矫治器	激光选区熔化钴铬合金支架基托混合型固定矫治器(JMJZ-GD)	激光选区熔化钴铬合金支架基托混合型固定矫治器(JMJZ-GD)	渝械注准20222170221	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522021	单侧唇腭裂序列正畸治疗	包括：单侧牙槽突裂、无骨骼畸形和面部畸形、腭托使用的正畸治疗；不含替牙期植骨前后的正畸治疗	乳牙期用于解除后牙反颌、前牙反颌的活动矫治器或固定矫治器、恒牙期用于解除后牙反颌、前牙反颌的活动矫治器或固定矫治器、颈牵引、低位头帽牵引等附加装置	恒牙期用于解除前牙反颌的固定矫治器	用于预防、阻断、治疗患者错颌畸形	激光选区熔化钴铬合金支架型固定矫治器（JMJZ-GC）：该类固定矫治器由牙科用激光选区熔化合金粉末、螺旋器，经过CAD设计、选区激光熔化、弯制、焊接、打磨抛光等工序中的部分或全部工艺制作而成。该类固定矫治器不含树脂基托。激光选区熔化钴铬合金支架基托混合型固定矫	通过			第12批

7030	C14250900000002047400000036	喉罩气道导管	1.5	Ⅳ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7031	C1425090000000204740000037	喉罩气道导管	1.0	Ⅲ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7032	C14250900000002047400000039	喉罩气道导管	2.5	Ⅳ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7033	C14250900000002047400000040	喉罩气道导管	5.0	Ⅰ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7034	C1425090000000204740000041	喉罩气道导管	1.5	Ⅱ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7035	C14250900000002047400000042	喉罩气道导管	2.5	Ⅰ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7036	C14250900000002047400000044	喉罩气道导管	2.0	Ⅱ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7037	C14250900000002047400000045	喉罩气道导管	2.5	Ⅱ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7038	C1425090000000204740000046	喉罩气道导管	2.5	Ⅲ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7039	C1425090000000204740000047	喉罩气道导管	5.0	Ⅳ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7040	C1425090000000204740000048	喉罩气道导管	5.0	Ⅲ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7041	C14250900000002047400000049	喉罩气道导管	4.0	V型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7042	C14250900000002047400000053	喉罩气道导管	3.0	V型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7043	C14250900000002047400000054	喉罩气道导管	2.0	Ⅳ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7044	C14250900000002047400000057	喉罩气道导管	4.0	Ⅳ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7045	C14250900000002047400000058	喉罩气道导管	5.0	Ⅱ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7046	C14250900000002047400000060	喉罩气道导管	1.0	Ⅰ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7047	C14250900000002047400000061	喉罩气道导管	3.0	Ⅲ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7048	C14250900000002047400000062	喉罩气道导管	4.0	Ⅱ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7049	C14250900000002047400000063	喉罩气道导管	4.0	Ⅲ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7050	C14250900000002047400000065	喉罩气道导管	2.0	Ⅰ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批

7051	C14250900000002047400000066	喉罩气道导管	1.5	Ⅰ型	豫械注准20192080134	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械通气。	喉罩	喉罩	主要用于插入人体咽部，维持气道通气。	Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、定型导芯(选配)组成。Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、定型导芯(选配)组成。Ⅲ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、	通过			第12批
7052	C14250900000002215450000001	一次性使用无菌喉罩	#5	单腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批

7053	C14250900000002215450000002	一次性使用无菌喉罩	#1.5	单腔加强硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批
7054	C14250900000002215450000003	一次性使用无菌喉罩	#1.5	单腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批

7055	C14250900000002215450000004	一次性使用无菌喉罩	#3	单腔加强硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批
7056	C14250900000002215450000005	一次性使用无菌喉罩	#2	单腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批

7057	C14250900000002215450000006	一次性使用无菌喉罩	#2	单腔加强硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批
7058	C14250900000002215450000007	一次性使用无菌喉罩	#5	双腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批

7059	C14250900000002215450000008	一次性使用无菌喉罩	#1	单腔加强硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批
7060	C14250900000002215450000009	一次性使用无菌喉罩	#4	双腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批

7061	C14250900000002215450000010	一次性使用无菌喉罩	#2	双腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批
7062	C14250900000002215450000011	一次性使用无菌喉罩	#4	单腔加强硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批

7063	C14250900000002215450000012	一次性使用无菌喉罩	#3	双腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批
7064	C14250900000002215450000013	一次性使用无菌喉罩	#4	单腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批

7065	C14250900000002215450000014	一次性使用无菌喉罩	#5	单腔加强硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批
7066	C14250900000002215450000015	一次性使用无菌喉罩	#1	单腔硅胶喉罩	粤械注准20252080615	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	喉罩	供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	单腔硅胶喉罩、单腔加强硅胶喉罩均由通气管、罩囊和充气管（单向阀、指示气泡）、接头组成。双腔硅胶喉罩由通气管、罩囊、引流腔和充气管（单向阀、指示气囊）、接头组成。	通过			第12批
7067	C14250900000001225480000007	通气管路及附件	1200-04	鼻罩（small）	国械注进20162084508	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	呼吸机通气面罩	该产品为用于重症监护病房的新生儿及早产儿，进行经鼻持续气道正压通气/非侵入性呼吸治疗所使用的一次性使用产	本产品由Miniflow通气管或Medijet通气管、软帽、鼻罩或鼻管组成。	通过			第12批

7068	C14250900000001225480000008	通气管路及附件	1200-05	鼻罩（medium）	国械注进20162084508	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	呼吸机通气面罩	该产品为用于重症监护病房的新生儿及早产儿，进行经鼻持续气道正压通气/非侵入性呼吸治疗所使用的一次性使用产	本产品由Miniflow通气管或Medijet通气管、软帽、鼻罩或鼻管组成。	通过			第12批
7069	C14020226700014023730000035	正压通气面罩	中号(M)	EaseFit FMII	湘械注准20162080142	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	呼吸机通气面罩	适用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置，其中无孔系列面罩用于使用主动式排气阀呼吸系统。	FMI和NMI系列由额头软垫组件、主体支架组件、波纹管接头及头带组成。额头软垫组件包括:额头软垫、眉撑架、前额支撑架、调节旋钮;主体支架包括:面罩软垫、面罩主体支架、头带连接扣、弯管、防窒息阀(口鼻面量有孔型适用)。PMI系列由主体支架组件、呼吸软管(为外购有证产品)、旋转接头、	通过			第12批

7070	C14020226700014023730000056	正压通气面罩	中号(M)	EaseFit NMI-NV（不带防窒息阀）	湘械注准20162080142	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	呼吸机通气面罩	用于慢性呼吸功能不全、改善通气和睡眠治疗等无创通气支持	FMI和NMI系列由额头软垫组件、主体支架组件、波纹管接头及头带组成。额头软垫组件包括:额头软垫、眉撑架、前额支撑架、调节旋钮:主体支架包括:面罩软垫、面罩主体支架、头带连接扣、弯管、防息阀(口鼻面罩有孔型适用)。PMI系列由主体支架组件、呼吸软管(为外购有证产品)、旋转接头、	通过			第12批

7071	C14020226700014023730000098	正压通气面罩	中号(M)	EaseFit FM5-NV(NV1弯管)	湘械注准20162080142	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	呼吸机通气面罩	适用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置，其中无孔系列面罩用手使用主动式排气阀呼吸系统。	FMI和NMI系列由额头软垫组件、主体支架组件、波纹管接头及头带组成。额头软垫组件包括:额头软垫、眉撑架、前额支撑架、调节旋钮:主体支架包括:面罩软垫、面罩主体支架、头带连接扣、弯管、防窒息阀（口鼻面章有孔型适用）。PMI系列由主体支架组件、呼吸软管（为外购有证产品）、	通过			第12批

7072	C14020226700014023730000117	正压通气面罩	大号(L)	EaseFit FM5	湘械注准20162080142	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	呼吸机通气面罩	适用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置，其中无孔系列面罩用手使用主动式排气阀呼吸系统。	FMI和NMI系列由额头软垫组件、主体支架组件、波纹管接头及头带组成。额头软垫组件包括:额头软垫、眉撑架、前额支撑架、调节旋钮:主体支架包括:面罩软垫、面罩主体支架、头带连接扣、弯管、防窒息阀（口鼻面章有孔型适用）。PMI系列由主体支架组件、呼吸软管（为外购有证产品）、	通过			第12批

7073	C07110214802002020840000014	定制式活动矫治器	JMJZ-HB	JMJZ-HB	渝械注准20192170114	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522023	恒牙期颜面不对称正畸治疗	包括：1、恒牙期由错颌引起或颜面不对称伴错颌的早期正畸治疗；2、用活动矫治器或固定矫治器	活动矫治器增加部件或其他附加装置	活动矫治器增加部件	主要用于预防、阻断、治疗患者错颌畸形。	弯制基托型活动矫治器（JMJZ-HA）由牙科金属丝（正畸丝，牙用不锈钢丝）、树脂基托材料，以及螺旋扩弓器、口外正畸牵引装置、托槽等预成附件中的部分或全部，经过牙科金属丝弯制、充胶、焊接、打磨抛光等工序的部分或全部工艺制作而成。膜片压制型活动矫治器（JMJZ-	通过			第12批

7074	C07110114800000143940000045	定制式活动矫治器	加平导	MEJ-ZJ	渝械注准20202170307	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522023	恒牙期颜面不对称正畸治疗	包括：1、恒牙期由错颌引起或颜面不对称伴错颌的早期正畸治疗；2、用活动矫治器或固定矫治器	活动矫治器增加部件或其他附加装置	活动矫治器增加部件或其他附加装置	适用于口腔正畸	支架基托型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢丝弯制的支架（唇弓和卡环）连接制成。支架扩弓型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢钢丝弯制的支架（卡环）与扩弓螺丝连接制成。膜片压制型是由齿科膜片（树脂）通过真空压膜成型	通过			第12批

7075	C070202138010010628300007 62	基台及附件-基台	TiDesignEV (L)？7.0 1.5mmTri美学基台EV(L)？7.0 1.5mmTri	68012061	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7076	C07020213801001062830000768	基台及附件-基台	TiDesignEV（M）?5.5 3.5mm美学基台EV(M)?5.5 3.5mm	68012044	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7077	C07020213801001062830000769	基台及附件-基台	TiDesignEV (L)？5.5 4.5mm15° 美学基台EV(L)？5.5 4.5mm15°	68012059	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7078	C07020213801001062830000774	基台及附件-基台	TiDesignEV（M）?5.5 2.5mm美学基台EV(M)?5.5 2.5mm	68012043	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7079	C07020213801001062830000775	基台及附件-基台	TiDesignEV（XL）？7.0 1.5mm15°美学基台EV(XL)？7.0 1.5mm15°	68012064	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7080	C07020213801001062830000779	基台及附件-基台	TiDesignEV（XL）？7.0 2.5mm15° 美学基台EV(XL)？7.0 2.5mm15°	68012065	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7081	C07020213801001062830000782	基台及附件-基台	TiDesignEV (S)？4.5 3.5mm15° 美学基台EV(S)？4.5 3.5mm15°	68012019	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7082	C07020213801001062830000784	基台及附件-基台	TiDesignEV (L)？5.5 1.5mm15° 美学基台EV(L)？5.5 1.5mm15°	68012056	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7083	C07020213801001062830000788	基台及附件-基台	TiDesignEV (XL)？7.0 1.5mm美学基台EV(XL)？7.0 1.5mm	68012062	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7084	C07020213801001062830000790	基台及附件-基台	TiDesignEV（L）?7.0 2.5mm美学基台EV(L)?7.0 2.5mm	68012053	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7085	C07020213801001062830000791	基台及附件-基台	TiDesignEV(S)?4.5 2.5mm15°美学基台EV(S)?4.5 2.5mm15°	68012018	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7086	C07020213801001062830000794	基台及附件-基台	TiDesignEV(S)?4.5 1.5mm15°美学基台EV(S)?4.5 1.5mm15°	68012017	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7087	C07020213801001062830000796	基台及附件-基台	TiDesignEV（L）?7.0 3.5mm美学基台EV(L)?7.0 3.5mm	68012054	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7088	C07020213801001062830000797	基台及附件-基台	TiDesignEV (S)？4.5 3.5mm美学基台EV(S)？4.5 3.5mm	68012011	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7089	C07020213801001062830000798	基台及附件-基台	TiDesignEV (M)？7.0 1.5mmTri美学基台EV(M)？7.0 1.5mmTri	68012051	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7090	C07020213801001062830000800	基台及附件-基台	TiDesignEV (M)？5.5 4.5mm15° 美学基台EV(M)？5.5 4.5mm15°	68012049	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7091	C07020213801001062830000802	基台及附件-基台	TiDesignEV（L）?7.0 4.5mm美学基台EV(L)?7.0 4.5mm	68012055	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7092	C07020213801001062830000811	基台及附件-基台	TiDesignEV（XS）？4.0 1.5mm15° 美学基台EV(XS)？4.0 1.5mm15°	68012005	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7093	C07020213801001062830000814	基台及附件-基台	TiDesignEV (S)？4.5 2.5mm美学基台EV(S)？4.5 2.5mm	68012010	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7094	C07020213801001062830000815	基台及附件-基台	TiDesignEV (XS)？4.0 3.5mm美学基台EV(XS)？4.0 3.5mm	68012003	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7095	C07020213801001062830000819	基台及附件-基台	TiDesignEV (M)？5.5 1.5mmTri美学基台EV(M)？5.5 1.5mmTri	68012050	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7096	C07020213801001062830000820	基台及附件-基台	TiDesignEV(S)?4.5 4.5mm15°美学基台EV(S)?4.5 4.5mm15°	68012020	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7097	C07020213801001062830000822	基台及附件-基台	TiDesignEV（M）？5.5 3.5mm15° 美学基台EV(M)？5.5 3.5mm15°	68012048	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7098	C07020213801001062830000825	基台及附件-基台	TiDesignEV（XS）？4.0 3.5mm15° 美学基台EV(XS)？4.0 3.5mm15°	68012007	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7099	C07020213801001062830000826	基台及附件-基台	TiDesignEV（XS）？4.0 4.5mm15° 美学基台EV(XS)？4.0 4.5mm15°	68012008	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7100	C07020213801001062830000827	基台及附件-基台	TiDesignEV（M）?5.5 1.5mm15°美学基台EV(M)?5.5 1.5mm15°	68012046	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7101	C07020213801001062830000829	基台及附件-基台	TiDesignEV (XS)？4.0 1.5mm美学基台EV(XS)？4.0 1.5mm	68012001	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7102	C07020213801001062830000835	基台及附件-基台	TiDesignEV (XL)？7.0 2.5mm美学基台EV(XL)？7.0 2.5mm	68012063	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7103	C07020213801001062830000838	基台及附件-基台	TiDesignEV (XS)？4.0 2.5mm美学基台EV(XS)？4.0 2.5mm	68012002	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7104	C07020213801001062830000840	基台及附件-基台	TiDesignEV（XS）？4.0 2.5mm15° 美学基台EV(XS)？4.0 2.5mm15°	68012006	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7105	C07020213801001062830000841	基台及附件-基台	TiDesignEV（M）?5.5 1.5mm美学基台EV(M)?5.5 1.5mm	68012042	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7106	C07020213801001062830000847	基台及附件-基台	TiDesignEV（S）?4.5 4.5mm美学基台EV(S)?4.5 4.5mm	68012012	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7107	C07020213801001062830000848	基台及附件-基台	TiDesignEV（L）?7.0 1.5mm美学基台EV(L)?7.0 1.5mm	68012052	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7108	C07020213801001062830000849	基台及附件-基台	TiDesignEV (L)？5.5 3.5mm15° 美学基台EV(L)？5.5 3.5mm15°	68012058	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7109	C07020213801001062830000850	基台及附件-基台	TiDesignEV (L)？5.5 2.5mm15° 美学基台EV(L)？5.5 2.5mm15°	68012057	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7110	C07020213801001062830000853	基台及附件-基台	TiDesignEV（M）?5.5 4.5mm美学基台EV(M)?5.5 4.5mm	68012045	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7111	C07020213801001062830000854	基台及附件-基台	TiDesignEV (L)?5.5 1.5mm Tri美学基台 EV (L)?5.5 1.5mm Tri	68012060	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7112	C07020213801001062830000858	基台及附件-基台	TiDesignEV (XS)？4.0 4.5mm美学基台EV(XS)？4.0 4.5mm	68012004	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7113	C07020213801001062830000862	基台及附件-基台	TiDesignEV (M)？5.5 2.5mm15° 美学基台EV(M)？5.5 2.5mm15°	68012047	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7114	C07020213801001062830000864	基台及附件-基台	TiDesignEV (S)？4.5 1.5mm美学基台EV(S)？4.5 1.5mm	68012009	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7115	C07020213801001062830000866	基台及附件-基台	TiDesignEV (S)？5.5 1.5mmTri美学基台EV(S)？5.5 1.5mmTri	68012025	国械注进20243170670	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	该产品为牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于连接、支持和固位修复体。	产品包含基台及附件，附件包括多牙基底基台基座（及携带器）、愈合帽、基台螺钉、桥螺钉、临时套筒、半烧结套筒和硅橡胶膜。基台、基台螺钉、多牙基底基台基座、愈合帽、桥螺钉、临时套筒由符合ASTM F136的钛合金Ti6AL4V-ELI制成，基台螺钉、桥螺钉、部分基台表面经阳极氧化	通过			第12批

7116	C07020213800002062830000036	钛及钛合金基台与配件-临时基台	多牙基台EV 临时套筒高度H： 12，直径 D1：3.4，直径D2 ：5	26202	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台（钛，PEEK），TempDesign EV基台（钛合金，PEEK），TempDesign Profile EV 基台（钛合金，PEEK），临时基台（钛），EV临时基台（钛 合金），Profile EV 临时基台(钛合金），TiDesign？ Profile EV基台（钛合金），TiDesign？ 基台（钛），TiDesign	通过			第12批

7117	C07020213801001062830000726	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：8.2，高度 H2：1.6，直径 D：4.8，角度 A：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25205	26179	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7118	C07020213801001062830000727	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：9.1，高度 H2：1.6，直径 D：4.8，角度 A：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25204	26169	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7119	C07020213801001062830000728	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：11.1，高度 H2：4.0，最大直径 D：4.8，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2	26172	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7120	C07020213801001062830000729	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：8.4，高度 H2：1.6，直径 D：4.8，角度 A：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25205	26178	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7121	C07020213801001062830000731	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：9.6，高度 H2：1.4，直径 D：4.8，角度 A：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25206	26191	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7122	C07020213801001062830000732	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：7.4，直径 D：4.8，角度 A ：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25205	26173	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7123	C07020213801001062830000733	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：8.4，高度 H2：1.4，直径 D：4.8，角度 A：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25206	26190	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7124	C07020213801001062830000734	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：10.9，高度 H2：3.9，最大直径 D：4.8，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2	26161	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7125	C07020213801001062830000735	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：10.4，高度 H2：3.8，最大直径 D：4.8，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2	26182	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7126	C07020213801001062830000736	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度H：8.2，直径 D：4.8，角度A ：30°，六角 B：2.38，头部高度H3：2.2，螺钉： 型号 25205	26175	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7127	C07020213801001062830000737	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：7.4，直径 D：4.8，角度 A ：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25204	26162	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7128	C07020213801001062830000738	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：8.9，高度 H2：3.9，最大直径 D：4.8，六角B：2.38，头部高度H3：2.2	26159	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7129	C07020213801001062830000739	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：7.4，高度 H2：1.6，直径 D：4.8，角度 A：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉：型号 25205	26177	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7130	C07020213801001062830000740	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：10.1，高度 H2：4.0，最大直径 D：4.8，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2	26171	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7131	C07020213801001062830000741	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：9.1，高度 H2：4.0，最大直径 D：4.8，六角B：2.38，头部高度H3：2.2	26170	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7132	C07020213801001062830000742	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：9.2，高度 H2：1.6，直径 D：4.8，角度 A：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25205	26180	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7133	C07020213801001062830000743	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：9.1，直径 D：4.8，角度 A ：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25204	26165	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7134	C07020213801001062830000744	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：8.4，直径 D：4.8，角度 A ：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25205	26174	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7135	C07020213801001062830000745	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：9.4，高度 H2：3.8，最大直径 D：4.8，六角B：2.38，头部高度H3：2.2	26181	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7136	C07020213801001062830000746	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：8.5，高度 H2：1.4，直径 D：4.8，角度 A：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25206	26189	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7137	C07020213801001062830000747	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：8.4，高度 H2：1.6，直径 D：4.8，角度 A：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25204	26167	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7138	C07020213801001062830000748	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：8.4，直径 D：4.8，角度 A ：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25204	26163	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7139	C07020213801001062830000749	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：7.4，高度 H2：1.6，直径 D：4.8，角度 A：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉：型号 25204	26166	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7140	C07020213801001062830000750	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：7.5，高度 H2：1.4，直径 D：4.8，角度 A：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25206	26188	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7141	C07020213801001062830000751	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：8.5，直径 D：4.8，角度 A ：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25206	26185	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台（钛，PEEK），TempDesign EV基台（钛合金，PEEK），TempDesign Profile EV 基台（钛合金，PEEK），临时基台（钛），EV 临时基台（钛 合金），Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台（钛合金），TiDesign？ 基台（钛），TiDesign	通过			第12批

7142	C07020213801001062830000752	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H1：8.1，高度 H2：1.6，直径 D：4.8，角度 A：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25204	26168	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7143	C07020213801001062830000753	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：7.5，直径 D：4.8，角度 A ：17°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25206	26184	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7144	C07020213801001062830000754	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：8.1，直径 D：4.8，角度 A ：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25204	26164	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7145	C07020213801001062830000755	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：9.2，直径 D：4.8，角度 A ：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25205	26176	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7146	C07020213801001062830000756	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：9.6，直径 D：4.8，角度 A ：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25206	26187	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7147	C07020213801001062830000757	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台 EV高度 H：8.4，直径 D：4.8，角度 A ：30°，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2，螺钉： 型号 25206	26186	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign? 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign? Profile EV基台(钛合金)，TiDesign? 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7148	C07020213801001062830000758	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：11.4，高度 H2：3.8，最大直径 D：4.8，六角 B：2.38，头部高度 H3：2.2	26183	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7149	C07020213801001062830000759	钛及钛合金基台与配件-基台	多牙基台EV高度 H1：9.9，高度 H2：3.9，最大直径 D：4.8，六角B：2.38，头部高度H3：2.2	26160	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批

7150	C07020313801000062830000414	钛及钛合金基台与配件-愈合基台	多牙基台EV 愈合帽高度 H：4.1， 直径 D1 ：4.8， 直径D2 ：5.4	26193	国械注进20163171325	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品与Astra Tech种植体系统的种植体配合使用，适用于部分或全口牙齿缺失患者，作为与种植体连接的上部结构支持人造牙冠、齿桥或覆盖义齿。	TempDesign？ 基台(钛，PEEK)，TempDesign EV基台(钛合金，PEEK)，TempDesign Profile EV 基台(钛合金，PEEK)，临时基台(钛)，EV临时基台(钛 合金)，Profile EV 临时基台(钛合金)，TiDesign？ Profile EV基台(钛合金)，TiDesign？ 基台(钛)，TiDesign	通过			第12批
7151	C07020213800002062830000046	牙科种植体附件-临时钛筒	26250	26250	国械注进20153170507	丙类	138-基台类	否			是	330609010	种植体二期手术	含牙乳头形成及附着龈增宽；不含软组织移植术	基台	基台	本产品为在牙科种植体中配合基台使用的附件。	本产品包括临时钛筒、EV临时钛筒、钛筒、半可铸钛筒、EV愈合帽、一字夹板螺钉、六角螺钉和RA粘	通过			第12批

7152	C03310700700000125220000003	无菌骨取样器	25	CBS	沪械注准20252040007	丙类	007-活检材料类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	加压注射装置	用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中骨组织取样。	产品由取样套管、推芯组件、硅胶护套组成，产品高分子材料部分采用聚酰胺制成，金属材料部分采用06Cr19Ni10制成，硅胶护套采用硅胶制	不通过	除外耗材名称为加压注射装置，与结构组成取样器不一致		第12批
7153	C03310700700000125220000004	无菌骨取样器	35	CBS	沪械注准20252040007	丙类	007-活检材料类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	加压注射装置	用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中骨组织取样。	产品由取样套管、推芯组件、硅胶护套组成，产品高分子材料部分采用聚酰胺制成，金属材料部分采用06Cr19Ni10制成，硅胶护套采用硅胶制	不通过	除外耗材名称为加压注射装置，与结构组成取样器不一致		第12批
7154	C03310700700000125220000005	无菌骨取样器	20	CBS	沪械注准20252040007	丙类	007-活检材料类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	加压注射装置	用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中骨组织取样。	产品由取样套管、推芯组件、硅胶护套组成，产品高分子材料部分采用聚酰胺制成，金属材料部分采用06Cr19Ni10制成，硅胶护套采用硅胶制	不通过	除外耗材名称为加压注射装置，与结构组成取样器不一致		第12批

7155	C03310700700000125220000006	无菌骨取样器	30	CBS	沪械注准20252040007	丙类	007-活检材料类	否			是	320701	肌肉骨骼系统介入诊疗		穿刺注射针、骨水泥、加压注射装置	加压注射装置	用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中骨组织取样。	产品由取样套管、推芯组件、硅胶护套组成，产品高分子材料部分采用聚酰胺制成，金属材料部分采用06Cr19Ni10制成，硅胶护套采用硅胶制	不通过	除外耗材名称为加压注射装置，与结构组成取样器不一致		第12批
7156	C04060101300001198760000005	颅内压传感器套件	ICPD-Ⅰ5-ND	ICPD-Ⅰ5-ND	国械注准20253071722	丙类	013-探头类	否			是	330201018	颅内压监护传感器置入术	包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内	监护材料	监护材料	该产品在医疗机构供培训合格的医生使用，与本公司生产的颅内压监护仪(型号:TL-ICP-02A)联合使用，用于测量有颅内压增高症状或潜在增高风险的成人患者颅内压力。其中ICPD-ⅢA系列还可以测量颅内温度，ICPD-Ⅰ系列还可以进行引流脑脊液，ICPD-Ⅱ系列还可以测量颅内温度、引流脑脊液	ICPD-Ⅰ系列及ICPD-Ⅱ系列由监测引流管、固定翼、引导丝、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配））组成；ICPD-Ⅲ系列及ICPD-ⅢA系列由传感器探条、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配）组成。	通过			第12批

7157	C04060101300001198760000007	颅内压传感器套件	ICPD-Ⅱ5-04	ICPD-Ⅱ5-04	国械注准20253071722	丙类	013-探头类	否			是	330201018	颅内压监护传感器置入术	包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内	监护材料	监护材料	该产品在医疗机构供培训合格的医生使用，与本公司生产的颅内压监护仪（型号:TL-ICP-02A）联合使用，用于测量有颅内压增高症状或潜在增高风险的成人患者颅内压力。其中ICPD-ⅢA系列还可以测量颅内温度，ICPD-Ⅰ系列还可以进行引流脑脊液，ICPD-Ⅱ系列还可以测量颅内温度、引流脑脊液	ICPD-Ⅰ系列及ICPD-Ⅱ系列由监测引流管、固定翼、引导丝、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配））组成；ICPD-Ⅲ系列及ICPD-ⅢA系列由传感器探条、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配）组成。	通过			第12批

7158	C04060101300001198760000008	颅内压传感器套件	ICPD-Ⅰ5-04	ICPD-Ⅰ5-04	国械注准20253071722	丙类	013-探头类	否			是	330201018	颅内压监护传感器置入术	包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内	监护材料	监护材料	该产品在医疗机构供培训合格的医生使用，与本公司生产的颅内压监护仪（型号:TL-ICP-02A）联合使用，用于测量有颅内压增高症状或潜在增高风险的成人患者颅内压力。其中ICPD-ⅢA系列还可以测量颅内温度，ICPD-Ⅰ系列还可以进行引流脑脊液，ICPD-Ⅱ系列还可以测量颅内温度、引流脑脊液	ICPD-Ⅰ系列及ICPD-Ⅱ系列由监测引流管、固定翼、引导丝、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配））组成；ICPD-Ⅲ系列及ICPD-ⅢA系列由传感器探条、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配）组成。	通过			第12批

7159	C04060101300001198760000009	颅内压传感器套件	ICPD-Ⅱ5-0	ICPD-Ⅱ5-0	国械注准20253071722	丙类	013-探头类	否			是	330201018	颅内压监护传感器置入术	包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内	监护材料	监护材料	该产品在医疗机构供培训合格的医生使用，与本公司生产的颅内压监护仪(型号:TL-ICP-02A)联合使用，用于测量有颅内压增高症状或潜在增高风险的成人患者颅内压力。其中ICPD-ⅢA系列还可以测量颅内温度，ICPD-Ⅰ系列还可以进行引流脑脊液，ICPD-Ⅱ系列还可以测量颅内温度、引流脑脊液	ICPD-Ⅰ系列及ICPD-Ⅱ系列由监测引流管、固定翼、引导丝、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配））组成；ICPD-Ⅲ系列及ICPD-ⅢA系列由传感器探条、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配）组成。	通过			第12批

7160	C04060101300001198760000010	颅内压传感器套件	ICPD-Ⅱ5-ND	ICPD-Ⅱ5-ND	国械注准20253071722	丙类	013-探头类	否			是	330201018	颅内压监护传感器置入术	包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内	监护材料	监护材料	该产品在医疗机构供培训合格的医生使用，与本公司生产的颅内压监护仪（型号:TL-ICP-02A）联合使用，用于测量有颅内压增高症状或潜在增高风险的成人患者颅内压力。其中ICPD-ⅢA系列还可以测量颅内温度，ICPD-Ⅰ系列还可以进行引流脑脊液，ICPD-Ⅱ系列还可以测量颅内温度、引流脑脊液	ICPD-Ⅰ系列及ICPD-Ⅱ系列由监测引流管、固定翼、引导丝、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配））组成；ICPD-Ⅲ系列及ICPD-ⅢA系列由传感器探条、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配）组成。	通过			第12批

7161	C04060101300001198760000013	颅内压传感器套件	ICPD-Ⅰ5-N	ICPD-Ⅰ5-N	国械注准20253071722	丙类	013-探头类	否			是	330201018	颅内压监护传感器置入术	包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内	监护材料	监护材料	该产品在医疗机构供培训合格的医生使用，与本公司生产的颅内压监护仪（型号:TL-ICP-02A）联合使用，用于测量有颅内压增高症状或潜在增高风险的成人患者颅内压力。其中ICPD-ⅢA系列还可以测量颅内温度，ICPD-Ⅰ系列还可以进行引流脑脊液，ICPD-Ⅱ系列还可以测量颅内温度、引流脑脊液	ICPD-Ⅰ系列及ICPD-Ⅱ系列由监测引流管、固定翼、引导丝、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配））组成；ICPD-Ⅲ系列及ICPD-ⅢA系列由传感器探条、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配）组成。	通过			第12批

7162	C04060101300001198760000016	颅内压传感器套件	ICPD-Ⅱ5-N	ICPD-Ⅱ5-N	国械注准20253071722	丙类	013-探头类	否			是	330201018	颅内压监护传感器置入术	包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内	监护材料	监护材料	该产品在医疗机构供培训合格的医生使用，与本公司生产的颅内压监护仪(型号:TL-ICP-02A)联合使用，用于测量有颅内压增高症状或潜在增高风险的成人患者颅内压力。其中ICPD-ⅢA系列还可以测量颅内温度，ICPD-Ⅰ系列还可以进行引流脑脊液，ICPD-Ⅱ系列还可以测量颅内温度、引流脑脊液	ICPD-Ⅰ系列及ICPD-Ⅱ系列由监测引流管、固定翼、引导丝、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配））组成；ICPD-Ⅲ系列及ICPD-ⅢA系列由传感器探条、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配）组成。	通过			第12批

7163	C04060101300001198760000020	颅内压传感器套件	ICPD-Ⅰ5-0	ICPD-Ⅰ5-0	国械注准20253071722	丙类	013-探头类	否			是	330201018	颅内压监护传感器置入术	包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内	监护材料	监护材料	该产品在医疗机构供培训合格的医生使用，与本公司生产的颅内压监护仪(型号:TL-ICP-02A)联合使用，用于测量有颅内压增高症状或潜在增高风险的成人患者颅内压力。其中ICPD-ⅢA系列还可以测量颅内温度，ICPD-Ⅰ系列还可以进行引流脑脊液，ICPD-Ⅱ系列还可以测量颅内温度、引流脑脊液	ICPD-Ⅰ系列及ICPD-Ⅱ系列由监测引流管、固定翼、引导丝、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配））组成；ICPD-Ⅲ系列及ICPD-ⅢA系列由传感器探条、开颅钻（选配）、皮下隧道针（选配）组成。	通过			第12批
7164	C14020225900006130870000015	医用打印胶片	8*10	G1-8*10	粤穗械备20190736号	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于超声等医学影像及图文的打印记录	由聚酯（PET）片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成。	通过			第12批
7165	C14020225900006130870000016	医用打印胶片	10*12	G2-10*12	粤穗械备20190736号	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于超声等医学影像及图文的打印记录	由聚酯（PET）片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成。	通过			第12批

7166	C14020225900006130870000017	医用打印胶片	11*14	G3-11*14	粤穗械备20190736号	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于超声等医学影像及图文的打印记录	由聚酯（PET）片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成。	通过			第12批
7167	C14020225900006130870000020	医用打印胶片	14*17	G6-14*17	粤穗械备20190736号	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于超声等医学影像及图文的打印记录	由聚酯（PET）片基与防静电层、吸墨层（二氧化硅、氧化铝、吸附墨水或墨粉）组成。	通过			第12批
7168	C14020225900006130870000023	医用激光胶片	8*10	C1	粤穗械备20230346	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的医学影像(CT.MRI.CR.DR)的记录	由聚酯(PET)片基包装破银盐和保护层组成	通过			第12批
7169	C14020225900006130870000024	医用激光胶片	10*12	C2	粤穗械备20230346	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的医学影像(CT.MRI.CR.DR)的记录	由聚酯(PET)片基包装破银盐和保护层组成	通过			第12批
7170	C14020225900006130870000025	医用激光胶片	11*14	C3	粤穗械备20230346	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的医学影像(CT.MRI.CR.DR)的记录	由聚酯(PET)片基包装破银盐和保护层组成	通过			第12批
7171	C14020225900006130870000026	医用激光胶片	14*17	C4	粤穗械备20230346	乙类	259-胶片类	否			是	210102015	数字化X线摄影(DR)	含数据采集、存贮、图像显示	胶片	胶片	用于作为诊断依据的医学影像(CT.MRI.CR.DR)的记录	由聚酯(PET)片基包装破银盐和保护层组成	通过			第12批

7172	C01031903700003123080000017	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-14-16-S	GM-PNS-A1-14-16-S	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7173	C01031903700003123080000039	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-16-18-N	GM-PNS-A1-16-18-N	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7174	C01031903700003123080000045	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-16-18-S	GM-PNS-A1-16-18-S	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7175	C01031903700003123080000047	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-20-22-S	GM-PNS-A1-20-22-S	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7176	C01031903700003123080000050	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-20-22-N	GM-PNS-A1-20-22-N	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7177	C01031903700003123080000078	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-12-14-N	GM-PNS-A1-12-14-N	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7178	C01031903700003123080000084	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-14-16-N	GM-PNS-A1-14-16-N	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7179	C01031903700003123080000100	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-18-20-S	GM-PNS-A1-18-20-S	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7180	C01031903700003123080000106	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-18-20-N	GM-PNS-A1-18-20-N	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7181	C01031903700003123080000119	一次性使用微创扩张引流套件	GM-PNS-A1-12-14-S	GM-PNS-A1-12-14-S	苏械注准20212141602	丙类	037-扩张器类	否			是	311000019	经皮肾镜取石术	包括肾上腺肿瘤切除、取异物	经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	经皮穿刺鞘组	供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流用。	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管（扩张管、鲁尔接头）、扩张管＋鞘管（鞘管、扩张管、撕裂柄、鲁尔接头）、J型导丝（芯丝、弹簧管）、导引针（针管、针座、鲁尔接头、针芯、针芯座）、直型引流管（管身、排泄锥形接口）、球囊型引流管（球囊、管身、充起锥形接口、阀、	不通过	除外耗材名称为经皮穿刺鞘组，与结构组成引流套件不一致		第12批

7182	C14230120200001020300000627	一次性使用精密过滤输液器	0.55×19RWLB	TPF-5.0S1EN	国械注准20183140086	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于重力作用下的静脉输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、进气器件（空气过滤器）、瓶塞穿刺器、管路、止水夹、滴管、滴斗、自动排气装置、自动止液型精密药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、外圆锥接头保护套（选配）、一次性使用静脉输液针	通过			第12批

7183	C14230120200001020300000631	一次性使用精密过滤输液器	0.6×22TWLB	TPF-5.0S1EN	国械注准20183140086	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于重力作用下的静脉输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、进气器件（空气过滤器）、瓶塞穿刺器、管路、止水夹、滴管、滴斗、自动排气装置、自动止液型精密药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、外圆锥接头保护套（选配）、一次性使用静脉输液针	通过			第12批

7184	C14230120200001020300000633	一次性使用精密过滤输液器	0.7×25TWLB	TPF-5.0S1EN	国械注准20183140086	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于重力作用下的静脉输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、进气器件（空气过滤器）、瓶塞穿刺器、管路、止水夹、滴管、滴斗、自动排气装置、自动止液型精密药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、外圆锥接头保护套（选配）、一次性使用静脉输液针	通过			第12批

7185	C14230120200001020300000643	一次性使用精密过滤输液器	0.55×19RWLB	TPF-5.0S3EN	国械注准20183140086	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于重力作用下的静脉输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、进气器件（空气过滤器）、瓶塞穿刺器、管路、止水夹、滴管、滴斗、自动排气装置、自动止液型精密药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、外圆锥接头保护套（选配）、一次性使用静脉输液针	通过			第12批

7186	C14230120200001020300000647	一次性使用精密过滤输液器	0.6×22TWLB	TPF-5.0S3EN	国械注准20183140086	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于重力作用下的静脉输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、进气器件（空气过滤器）、瓶塞穿刺器、管路、止水夹、滴管、滴斗、自动排气装置、自动止液型精密药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、外圆锥接头保护套（选配）、一次性使用静脉输液针	通过			第12批

7187	C14230120200001020300000649	一次性使用精密过滤输液器	0.7×25TWLB	TPF-5.0S3EN	国械注准20183140086	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于重力作用下的静脉输液。	本产品由瓶塞穿刺器保护套、进气器件（空气过滤器）、瓶塞穿刺器、管路、止水夹、滴管、滴斗、自动排气装置、自动止液型精密药液过滤器（过滤介质孔径2.0μm、3.0μm、5.0μm）、流量调节器、注射件（选配）、外圆锥接头、外圆锥接头保护套（选配）、一次性使用静脉输液针	通过			第12批

7188	C14230120200001020300000237	一次性使用精密过滤输液器带针	0.6×22mm TWLB	PF-5.0-S4CN	国械注准20173144249	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于医疗单位静脉重力滴注药液。	本产品以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯(PE)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、不锈钢(SUS304)、聚丙烯(PP)、异戊二烯橡胶（IR）、聚甲醛（POM）、聚醚砜（PES为原材料，由：保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、软管、止水夹（选配）、三通连接件（选配）、滴管、滴斗、下二通、药液过	通过			第12批

7189	C14230120200001020300000244	一次性使用精密过滤输液器带针	0.7×25mm TWLB	PF-5.0-S4CN	国械注准20173144249	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于医疗单位静脉重力滴注药液。	本产品以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯(PE)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、不锈钢(SUS304)、聚丙烯(PP)、异戊二烯橡胶（IR）、聚甲醛（POM）、聚醚砜（PES为原材料，由：保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、软管、止水夹（选配）、三通连接件（选配）、滴管、滴斗、下二通、药液过	通过			第12批

7190	C14230120200001020300000310	一次性使用精密过滤输液器带针	0.55×19mmRWLB	PF-5.0-S3CN	国械注准20173144249	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于医疗单位静脉重力滴注药液。	本产品以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯(PE)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、不锈钢(SUS304)、聚丙烯(PP)、异戊二烯橡胶（IR）、聚甲醛（POM）、聚醚砜（PES为原材料，由：保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、软管、止水夹（选配）、三通连接件（选配）、滴管、滴斗、下二通、药液过	通过			第12批

7191	C14230120200001020300000318	一次性使用精密过滤输液器带针	0.6×22mm TWLB	PF-5.0-S3CN	国械注准20173144249	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于医疗单位静脉重力滴注药液。	本产品以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯(PE)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、不锈钢(SUS304)、聚丙烯(PP)、异戊二烯橡胶（IR）、聚甲醛（POM）、聚醚砜（PES为原材料，由：保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、软管、止水夹（选配）、三通连接件（选配）、滴管、滴斗、下二通、药液过	通过			第12批

7192	C14230120200001020300000322	一次性使用精密过滤输液器带针	0.7×25mm TWLB	PF-5.0-S3CN	国械注准20173144249	丙类	202-输液器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)	本产品适用于医疗单位静脉重力滴注药液。	本产品以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯(PE)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)、不锈钢(SUS304)、聚丙烯(PP)、异戊二烯橡胶（IR）、聚甲醛（POM）、聚醚砜（PES为原材料，由：保护套、瓶塞穿刺器、空气过滤器、软管、止水夹（选配）、三通连接件（选配）、滴管、滴斗、下二通、药液过	通过			第12批
7193	C17010721603000170210000188	透明敷贴	8×12	高透HP型	沪械注准20242140112	丙类	216-敷料类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于对穿刺器械的固定和穿刺部位的护理。	产品由透明敷贴和选配件书写胶带组成。透明敷贴由聚氨酯薄膜胶带和离型纸制成；书写胶带由无纺布、医用压敏胶、离型纸	通过			第12批

7194	C17010721603000170210000209	透明敷贴	6×9	高透HP型	沪械注准20242140112	丙类	216-敷料类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于对穿刺器械的固定和穿刺部位的护理。	产品由透明敷贴和选配件书写胶带组成。透明敷贴由聚氨酯薄膜胶带和离型纸制成；书写胶带由无纺布、医用压敏胶、离型纸	通过			第12批
7195	C17010721603000170210000226	透明敷贴	10×11.5	高透HP型	沪械注准20242140112	丙类	216-敷料类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于对穿刺器械的固定和穿刺部位的护理。	产品由透明敷贴和选配件书写胶带组成。透明敷贴由聚氨酯薄膜胶带和离型纸制成；书写胶带由无纺布、医用压敏胶、离型纸	通过			第12批
7196	C17010721603000170210000230	透明敷贴	10×12	高透HP型	沪械注准20242140112	丙类	216-敷料类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于对穿刺器械的固定和穿刺部位的护理。	产品由透明敷贴和选配件书写胶带组成。透明敷贴由聚氨酯薄膜胶带和离型纸制成；书写胶带由无纺布、医用压敏胶、离型纸	通过			第12批
7197	C17010721603000170210000263	透明敷贴	8.5×11.5	普通P型	沪械注准20242140112	丙类	216-敷料类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于对穿刺器械的固定和穿刺部位的护理。	产品由透明敷贴和选配件书写胶带组成。透明敷贴由聚氨酯薄膜胶带和离型纸制成；书写胶带由无纺布、医用压敏胶、离型纸	通过			第12批

7198	C17010721603000170210000277	透明敷贴	5×4	高透HP型	沪械注准20242140112	丙类	216-敷料类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于对穿刺器械的固定和穿刺部位的护理。	产品由透明敷贴和选配件书写胶带组成。透明敷贴由聚氨酯薄膜胶带和离型纸制成；书写胶带由无纺布、医用压敏胶、离型纸	通过			第12批
7199	C17010721603000170210000279	透明敷贴	8.5×11.5	高透HP型	沪械注准20242140112	丙类	216-敷料类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	用于对穿刺器械的固定和穿刺部位的护理。	产品由透明敷贴和选配件书写胶带组成。透明敷贴由聚氨酯薄膜胶带和离型纸制成；书写胶带由无纺布、医用压敏胶、离型纸	通过			第12批

7200	C17010421607000216220000011	一次性使用无菌敷贴	D-31	D-31	鄂械注准20252145634	丙类	216-敷料类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用	产品由涂胶基材、离型层、带固定卡扣（D型）或不带固定卡扣（L型）组成。 涂胶基材材质为水胶体（羧甲基纤维素钠＋橡胶）涂覆压敏胶，离型层材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯离型膜；固定卡扣由固定扣、连杆、底座扣组成，固定扣材质为聚甲醛，连杆、底座扣材质为苯乙烯。 产品经环氧	通过			第12批

7201	C17010721603000120770000043	一次性使用无菌敷贴	6cm*7cm	A型(A0607A)	鲁械注准20212140906	丙类	216-敷料类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于供手术、外伤创面或留置针、静脉导管贴敷用。	A型医用透明敷贴，是在医用聚氨酯薄膜上涂覆医用压敏胶制成，两面有离型材料保护；B型透明伤口敷贴，在A型产品的基础上覆上吸水垫，吸水垫材料为人造纤维，两面有离型材料；C型自粘伤口敷贴，是在无纺布上涂覆医用压敏胶后，覆上人造纤维材料的吸水垫制成，一面有离型材料保护；D	通过			第12批
7202	C17010721603000020710000016	一次性使用无菌透明敷贴	U2	普通型	粤械注准20172141317	丙类	216-敷料类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护。	产品以涂有医用压敏胶的聚氨酯复合膜为基材，表面涂布胶粘剂为涂胶层，底层为隔离层，或者上层有医用粘胶搭扣。医用粘胶搭扣由尼龙毛刺或尼龙毛刺、聚丙烯塑料和聚乙烯泡沫、医用压敏胶离型纸	通过			第12批

7203	C14020227200020091300000008	医用留置针贴	100片/盒	C08 10cm×12cm	渝械注准20242140470	丙类	272-输液贴类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于留置针、静脉输液导管的固定。	产品由胶贴层、隔离层组成。胶贴层为涂有医用压敏胶的薄膜，薄膜材质为聚氨酯复合膜；隔离层为可剥离的隔离纸，材质为格拉辛纸，产品以无菌形式提供，一次性使用。该产品采用环氧乙	通过			第12批
7204	C14020227200020091300000020	医用留置针贴	100片/盒	C03 6cm×7cm	渝械注准20242140470	丙类	272-输液贴类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	静脉导管固定敷贴	适用于留置针、静脉输液导管的固定。	产品由胶贴层、隔离层组成。胶贴层为涂有医用压敏胶的薄膜，薄膜材质为聚氨酯复合膜；隔离层为可剥离的隔离纸，材质为格拉辛纸，产品以无菌形式提供，一次性使用。该产品采用环氧乙	通过			第12批
7205	C07060114402003011310000048	定制式活动义齿	山八齿材工业（常熟）有限公司	/	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	局部义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第12批

7206	C07060114401002020840000036	定制式活动义齿	CQ-HC(切削支架可摘局部义齿)	CQ-HC(切削支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7207	C07060114401002020840000037	定制式活动义齿	CQ-HE(整铸金属基托全口义齿)	CQ-HE(整铸金属基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7208	C07060114401002020840000128	定制式活动义齿	CQ-HG(弹性基托局部义齿)	CQ-HG(弹性基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7209	C07060114401002020840000131	定制式活动义齿	CQ-HB(支架可摘局部义齿)	CQ-HB(整铸支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7210	C07060114401002020840000135	定制式活动义齿	CQ-HA(树脂可摘局部义齿)	CQ-HA(树脂基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7211	C07060114401002020840000137	定制式活动义齿	CQ-HD(树脂基托全口)	CQ-HD(树脂基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7212	C07060114401002020840000141	定制式活动义齿	CQ-HC(切削支架局部义齿)	CQ-HC(切削支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7213	C07060114401002020840000145	定制式活动义齿	JMDY-HA钴铬激光选区熔化支架可摘局部义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7214	C07060114401002020840000146	定制式活动义齿	JMDY-HA钴铬合金激光熔化支架可摘局部义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7215	C07060114401002020840000147	定制式活动义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架局部义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7216	C07060114401003020840000008	定制式活动义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7217	C07060114401003020840000038	定制式活动义齿	登士柏国际瓷美克公司	/	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7218	C07060114401003020840000088	定制式活动义齿	登士柏国际奥斯特公司	/	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金(粉末)、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金(粉末)、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人工	通过			第12批

7219	C07060114402001020840000048	定制式活动义齿	山八齿材工业（常熟）有限公司	/	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7220	C07060114402001020840000063	定制式活动义齿	而至陶齿工业株式会社	/	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7221	C07060114402002020840000013	定制式活动义齿	CQ-HD(树脂基托全口义齿)	CQ-HD(树脂基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7222	C07060114402002020840000014	定制式活动义齿	CQ-HG弹性基托可摘局部义齿）	CQ-HG弹性基托可摘局部义齿）	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7223	C07060114402002020840000015	定制式活动义齿	CQ-HB（整铸支架可摘局部义齿）	CQ-HB（整铸支架可摘局部义齿）	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7224	C07060114402002020840000061	定制式活动义齿	CQ-HE(整铸金属全口义齿)	CQ-HE(整铸金属基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7225	C07060114402002020840000062	定制式活动义齿	CQ-HB(支架可摘局部义齿)	CQ-HB(整铸支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7226	C07060114402002020840000066	定制式活动义齿	CQ-HA(树脂基托局部义齿)	CQ-HA(树脂基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7227	C07060114402002020840000067	定制式活动义齿	CQ-HE(金属基托全口义齿)	CQ-HE(整铸金属基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7228	C07060114402002020840000071	定制式活动义齿	CQ-HB(整铸支架局部义齿)	CQ-HB(整铸支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7229	C07060114402002020840000072	定制式活动义齿	CQ-HA(树脂可摘局部义齿)	CQ-HA(树脂基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7230	C07060114402002020840000074	定制式活动义齿	CQ-HC(切削支架局部义齿)	CQ-HC(切削支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7231	C07060114409002020840000001	定制式活动义齿	CQ-HA(树脂基托可摘义齿)	CQ-HA(树脂基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7232	C07060114409002020840000002	定制式活动义齿	CQ-HD(树脂基托义齿)	CQ-HD(树脂基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7233	C07060114409002020840000003	定制式活动义齿	CQ-HA(树脂基托可摘局部义齿)	CQ-HA(树脂基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7234	C07060114409002020840000004	定制式活动义齿	CQ-HC(切削支架可摘局部义齿)	CQ-HC(切削支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7235	C07060114409002020840000005	定制式活动义齿	CQ-HF(切削金属基托义齿)	CQ-HF(切削金属基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7236	C07060114409002020840000007	定制式活动义齿	CQ-HB(支架可摘局部义齿)	CQ-HB(整铸支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7237	C07060114409002020840000008	定制式活动义齿	CQ-HE(整铸金属基托全口义齿)	CQ-HE(整铸金属基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7238	C07060114409002020840000009	定制式活动义齿	CQ-HA(树脂可摘局部义齿)	CQ-HA(树脂基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7239	C07060114409002020840000010	定制式活动义齿	CQ-HB(整铸支架可摘义齿)	CQ-HB(整铸支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7240	C07060114409002020840000011	定制式活动义齿	CQ-HE(金属基托全口义齿)	CQ-HE(整铸金属基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7241	C07060114409002020840000012	定制式活动义齿	CQ-HG(弹性基托可摘局部义齿)	CQ-HG(弹性基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7242	C07060114409002020840000013	定制式活动义齿	CQ-HG(弹性基托可摘义齿)	CQ-HG(弹性基托可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7243	C07060114409002020840000014	定制式活动义齿	CQ-HC(切削支架可摘义齿)	CQ-HC(切削支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7244	C07060114409002020840000015	定制式活动义齿	CQ-HB(整铸支架可摘局部义齿)	CQ-HB(整铸支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7245	C07060114409002020840000016	定制式活动义齿	CQ-HD(树脂基托全口义齿)	CQ-HD(树脂基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7246	C07060114409002020840000017	定制式活动义齿	CQ-HB(整铸支架)	CQ-HB(整铸支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7247	C07060114409002020840000059	定制式活动义齿	JMDY-HA钴铬激光选区熔化支架可摘局部义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7248	C07060114409002020840000060	定制式活动义齿	JMDY-HA钴铬合金激光熔化支架可摘局部义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7249	C07060114409002020840000061	定制式活动义齿	JMDY-HA钴铬合金激光支架可摘局部义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7250	C07060114409002020840000062	定制式活动义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7251	C07060114409002020840000063	定制式活动义齿	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架	JMDY-HA钴铬合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7252	C07060114409002020840000067	定制式活动义齿	JMDY-HB钛合金激光选区熔化基托义齿	JMDY-HB钛合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7253	C07060114409002020840000068	定制式活动义齿	JMDY-HC钛合金激光熔化支架可摘局部义齿	JMDY-HC钛合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7254	C07060114409002020840000069	定制式活动义齿	JMDY-HC钛合金激光支架可摘局部义齿	JMDY-HC钛合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7255	C07060114409002020840000070	定制式活动义齿	JMDY-HC钛合金激光选区熔化可摘局部义齿	JMDY-HC钛合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7256	C07060114409002020840000071	定制式活动义齿	JMDY-HC钛合金激光选区熔化支架局部义齿	JMDY-HC钛合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7257	C07060114409002020840000072	定制式活动义齿	JMDY-HC钛合金激光选区熔化支架义齿	JMDY-HC钛合金激光选区熔化支架可摘局部义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7258	C07060114409002020840000076	定制式活动义齿	JMDY-HD钴铬合金激光基托全口义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7259	C07060114409002020840000078	定制式活动义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化基托义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7260	C07060114409003020840000053	定制式活动义齿	登士柏国际修复事业部	/	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7261	C07060114409003020840000096	定制式活动义齿	南通金源智能技术有限公司	/	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

7262	C07060114401002020840000040	定制式活动义齿	激光钴铬大支架	JMDY-HA	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人	通过			第12批
7263	C07060114401002020840000042	定制式活动义齿	激光钴铬支架附着体	JMDY-HA	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金(粉末)、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金(粉末)、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人工	通过			第12批

7264	C07060114401002020840000044	定制式活动义齿	激光打印高钛支架	JMDY-HA	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人	通过			第12批
7265	C07060114402002020840000057	定制式活动义齿	JMDY-HA(金属激光熔覆支架局部义齿)	JMDY-HA(金属激光熔覆支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人	通过			第12批

7266	C07060114409002020840000053	定制式活动义齿	JMDY-HB(金属激光熔覆基托全口)	JMDY-HB(金属激光熔覆基托全口义齿)	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人	通过			第12批
7267	C07060114409002020840000054	定制式活动义齿	JMDY-HA(金属激光熔覆支架局部义齿)	JMDY-HA(金属激光熔覆支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人	通过			第12批

7268	C07060114409002020840000055	定制式活动义齿	JMDY-HA(金属激光熔覆支架可摘局部义齿)	JMDY-HA(金属激光熔覆支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人	通过			第12批
7269	C07060114409002020840000056	定制式活动义齿	JMDY-HB(金属激光熔覆基托全口义齿)	JMDY-HB(金属激光熔覆基托全口义齿)	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人	通过			第12批

7270	C07060114409002020840000058	定制式活动义齿	JMDY-HA(金属激光熔覆支架可摘义齿)	JMDY-HA(金属激光熔覆支架可摘局部义齿)	渝械注准20192170390	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	局部义齿	用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复	金属激光熔覆支架可摘局部义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成，由固位体、连接体、基托及人工牙结构组成；金属激光熔覆基托全口义齿由牙科合金（粉末）、合成树脂牙、义齿基托树脂制作而成。由大连接体、基托及人	通过			第12批
7271	C14171503500000046470000014	负压引流器	非止溢型2000ml	II型	苏苏械备20171170号	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于向外引出并收集体内液体。	与插入体内的引流导管相连接的体外容器，负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压	通过			第12批
7272	C14171503500000046470000019	负压引流器	止溢型2000ml	II型	苏苏械备20171170号	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于向外引出并收集体内液体。	与插入体内的引流导管相连接的体外容器，负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压	通过			第12批

7273	C14120119100000046470000015	集尿袋	1000ml（宝塔接头）	防逆型	苏苏械备20238032	丙类	191-集尿袋类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收	为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管相连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成不能看出该产品有负压功能。		第12批
7274	C14120203500000039450000002	无菌引流袋	2000ML	YDA止溢型	冀械注准20222140471	丙类	035-引流装置类	否			是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护理。	”药物、抗返流引流袋”	抗返流引流袋	用于向外引出并收集体内液体。	产品为与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能，为一次性使用无菌产品。不包括负压吸引源（电动）和负压引流管	通过			第12批
7275	C14120203500000039450000007	无菌引流袋	3500ML	YDA止溢型	冀械注准20222140471	丙类	035-引流装置类	否			是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护理。	”药物、抗返流引流袋”	抗返流引流袋	用于向外引出并收集体内液体。	产品为与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能，为一次性使用无菌产品。不包括负压吸引源（电动）和负压引流管	通过			第12批

7276	C14120203500000039450000008	无菌引流袋	3500ML	YDA普通型	冀械注准20222140471	丙类	035-引流装置类	否			是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护理。	”药物、抗返流引流袋”	抗返流引流袋	用于向外引出并收集体内液体。	产品为与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能，为一次性使用无菌产品。不包括负压吸引源（电动）和负压引流管	通过			第12批
7277	C14171503500000076550000002	一次性使用负压引流瓶	140mL	140mL	湘株械备20210005号	甲类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。	一次性使用负压引流瓶由连接管、引流瓶、止流夹、Y型接头、硅胶帽组成。引流瓶由瓶盖、密封垫圈、瓶身、收集篮组	通过			第12批

7278	C14120203500000046470000044	一次性使用引流袋	1000mL 导管长 1.2m	普通型	苏械注准20232141060	丙类	035-引流装置类	否			是	ABZG0001	引流管更换	更换无菌引流袋或引流装置，固定，观察患者生命体征，预防并发症，处理用物，记录，做好健康教育及心理护理。	〞药物、抗返流引流袋〞	抗返流引流袋	与引流管连接，供临床收集废液用。	一次性使用引流袋按型式不同分为普通型、防逆型、精密型;普通型引流袋按其袋体容积不同，分为【1000mL、2000mL】两种规格；防逆型引流袋按其袋体容积不同，分为【1000mL、1500mL】两种规格；精密型引流袋按计量瓶与袋体的容积定为【500ml+2500mL】一种规格。普通型引流	通过			第12批

7279	C14120203500000046470000067	一次性使用引流袋	1500mL 宝塔接头 导管长1米	防逆型	苏械注准20232141060	丙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	与引流管连接，供临床收集废液用。	一次性使用引流袋按型式不同分为普通型、防逆型、精密型。 普通型引流袋按其袋体容积不同，分为1000mL、2000mL两种规格；防逆型引流袋按其袋体容积不同，分为1000mL、1500mL两种规格；精密型引流袋按计量瓶与袋体的容积定为500ml＋2500mL一种规格。【普通型】由引流袋体、导	通过			第12批
7280	C14120203500000046470000004	引流袋	（宝塔接头）1500ml	防逆I型	苏苏械备20170184号	丙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于向外引出并收集体内液体。	与插入体内的引流导管相连接的体外容器，重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。本产品以非无菌形式提	不通过	与除外耗材不一致，其组成未体现抗返流。		第12批

7281	C14120203500000046470000005	引流袋	（宝塔接头）1000ml	防逆I型	苏苏械备20170184号	丙类	035-引流装置类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返流引流袋	用于向外引出并收集体内液体。	与插入体内的引流导管相连接的体外容器，重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。本产品以非无菌形式提	不通过	与除外耗材不一致，其组成未体现抗返流。		第12批
7282	C14120119100000046470000020	集尿袋	500ml＋2500ml 1.2米	精密型	苏苏械备20238032	丙类	191-集尿袋类	否			是	121400001	引流管冲洗		药物、抗返流引流袋	抗返引流袋	用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收	为袋式的收集容战。通过体外管路与引流导管连接，形成离闭的引流系统。非无菌提供，一次性便用。	不通过	结构及组成未明确提及抗返流功能。		第12批
7283	C14250621000000121640028217	一次性使用呼吸过滤器包	伸缩管1.8m*22mm、复合过滤器L、5#充气口水平麻醉面罩、3L呼吸袋	麻醉管路型	浙械注准20192080687	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	产品用于医疗机构在患者全身麻醉、术后恢复和重症监护时，作为麻醉机或呼吸机的气体净化和气管插管的连接辅助器械时一次性使用。	呼吸管路型由基本配置组件和选用配置组件氧气雾化器组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路；麻醉管路型由基本配置组件和选用配置组件组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路，选用配置组件包括麻	通过			第12批

7284	C14250621000000121640028218	一次性使用呼吸过滤器包	伸缩管1.8m*22mm、普通过滤器L、5#充气口水平麻醉面罩、3L呼吸袋	麻醉管路型	浙械注准20192080687	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	产品用于医疗机构在患者全身麻醉、术后恢复和重症监护时，作为麻醉机或呼吸机的气体净化和气管插管的连接辅助器械时一次性使用。	呼吸管路型由基本配置组件和选用配置组件氧气雾化器组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路；麻醉管路型由基本配置组件和选用配置组件组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路，选用配置组件包括麻	通过			第12批
7285	C14250621000000121640046266	一次性使用呼吸过滤器包	麻醉机用管路伸缩管1.8米(选配过滤器)	麻醉管路型	浙械注准20192080687	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	产品用于医疗机构在患者全身麻醉、术后恢复和重症监护时，作为麻醉机或呼吸机的气体净化和气管插管的连接辅助器械时一次性使用。	呼吸管路型由基本配置组件和选用配置组件氧气雾化器组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路；麻醉管路型由基本配置组件和选用配置组件组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路，选用配置组件包括麻	通过			第12批

7286	C14250621000000121640046288	一次性使用呼吸过滤器包	麻醉机用管路伸缩管1.6米(选配呼吸袋)	麻醉管路型	浙械注准20192080687	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	产品用于医疗机构在患者全身麻醉、术后恢复和重症监护时，作为麻醉机或呼吸机的气体净化和气管插管的连接辅助器械时一次性使用。	呼吸管路型由基本配置组件和选用配置组件氧气雾化器组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路；麻醉管路型由基本配置组件和选用配置组件组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路，选用配置组件包括麻	通过			第12批
7287	C14250621000000121640014132	一次性使用呼吸过滤器包	-225	SC18ZL1	浙械注准20242082120	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	空气过滤器	用于医疗机构在患者全身麻醉及麻醉中监测、术后恢复时，作为麻醉机的气体净化和气管插管的连接辅助器械时一次性使用。	产品由基本配置和选用配置组成，其中基本配置由热湿交换过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路组成；选用配置可选麻醉机和呼吸机用配套管路、麻醉面量、麻醉机用呼吸囊、呼气末二氧化碳监测导管、直型	通过			第12批

7288	C14250621000000191180000007	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	/	湿热交换型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7289	C14250621000000191180000032	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	220	吸附5-R型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7290	C14250621000000191180000065	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	240	吸附5型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7291	C14250621000000191180000069	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	250	吸附3型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7292	C14250621000000191180000079	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	225	吸附5-R型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7293	C14250621000000191180000096	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	200	吸附5型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7294	C14250621000000191180000107	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	230	吸附2-R型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7295	C14250621000000191180000112	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	220	吸附5型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7296	C14250621000000191180000133	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	200	吸附4型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7297	C14250621000000191180000136	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	230	吸附2型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7298	C14250621000000191180000167	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	225	吸附5型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7299	C14250621000000191180000192	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	270	吸附5型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7300	C14250621000000191180000220	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	200	吸附3型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7301	C14250621000000191180000246	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	200	吸附2型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7302	C14250621000000191180000253	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	200	吸附2-R型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7303	C14250621000000191180000266	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	200	吸附5-R型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7304	C14250621000000191180000278	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	200	吸附3-R型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7305	C14250621000000191180000297	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	250	吸附6型	湘械注准20242080510	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机或肺功能检查设备配套使用，与呼吸管路及套件和麻醉面罩连接后，使气体经鼻、口输入气道，用于患者吸入气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，以防止患者呼吸系统交叉感染。吸附型除过滤呼吸管路中的微生物、颗粒，保持管路气体温度和湿度进行	湿热交换型由上盖、下盖、采样帽、过滤膜和湿热交换材料制成；吸附型（包括吸附型、吸附 1 型、吸附 2 型、吸附 2-R 型、吸附 3 型、吸附 3-R 型、吸附 4 型、吸附 4-R 型、吸附 5 型、吸附 5-R 型、吸附 6 型、吸附 6-R 型)由吸附过滤罐(罐体、底板、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂）	通过			第12批

7306	C14250621000000247210000005	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	290	吸附Ⅲ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7307	C14250621000000247210000016	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	220	吸附Ⅲ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7308	C14250621000000247210000034	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	260	吸附Ⅲ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7309	C14250621000000247210000036	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	240	吸附Ⅳ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7310	C14250621000000247210000039	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	270	吸附Ⅲ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7311	C14250621000000247210000052	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	285	吸附Ⅲ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7312	C14250621000000247210000061	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	240	吸附Ⅲ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7313	C14250621000000247210000065	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	220	吸附Ⅳ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7314	C14250621000000247210000068	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	210	吸附Ⅲ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成；密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7315	C14250621000000247210000078	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	275	吸附Ⅱ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成；密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7316	C14250621000000247210000090	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	275	吸附Ⅲ型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批

7317	C14250621000000247210000103	一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻）	200	吸附III型	湘械注准20252080419	丙类	210-气管插管附件类	否			是	330100005	全身麻醉	含气管插管；包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入；不含困难气道特殊方法气管插管	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	空气过滤器	供临床与呼吸机、麻醉机配套使用，用于患者吸入或呼出气体中包括微生物在内的颗粒过滤和湿热交换，同时吸附患者呼出的二氧化碳气体，以防止患者呼吸系统交叉感染。	吸附过滤罐由罐体(罐体包括进气口、出气口、罐体和底板)、密封帽、过滤棉、吸水海绵和吸附剂组成。过滤器罐体采用符合GB/T12672-2009标准的 MABS 材料制成：密封帽采用符合GB/T12670-2008标准的聚丙烯制成;过滤棉采用符合GB/T5709-1997标准的无纺布和符合GB2626-	通过			第12批
7318	C07120415000000001510000001	口腔溃疡含漱液	480ml	480ml	渝械注准20222170228	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。	口腔溃疡含漱液主要成分为卡波姆均聚物A、甘油。苯甲醇、糖精钠、磷酸、柠檬酸、氢氧化钾、聚山梨醇酯60	通过			第12批
7319	C07120415000000001510000002	口腔溃疡含漱液	45ml	45ml	渝械注准20222170228	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。	口腔溃疡含漱液主要成分为卡波姆均聚物A、甘油。苯甲醇、糖精钠、磷酸、柠檬酸、氢氧化钾、聚山梨醇酯60	通过			第12批

7320	C07120415000000001510000003	口腔溃疡含漱液	100ml	100ml	渝械注准20222170228	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。	口腔溃疡含漱液主要成分为卡波姆均聚物A、甘油。苯甲醇、糖精钠、磷酸、柠檬酸、氢氧化钾、聚山梨醇酯60、纯化水	通过			第12批
7321	C07120415000000001510000004	口腔溃疡含漱液	120ml	120ml	渝械注准20222170228	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛	口腔溃疡含漱液主要成分为卡波姆均聚物A、甘油、苯甲醇、糖精钠、磷酸、柠檬酸、氢氧化钾、聚山梨醇酯60	通过			第12批
7322	C07120415000000001510000005	口腔溃疡含漱液	236ml	236ml	渝械注准20222170228	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。	口腔溃疡含漱液主要成分为卡波姆均聚物A、甘油。苯甲醇、糖精钠、磷酸、柠檬酸、氢氧化钾、聚山梨醇酯60	通过			第12批
7323	C07120415000000001510000006	口腔溃疡凝胶	5g/支	5g/支	渝械注准20252170118	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。	本品由聚乙烯醇、甘油、纯化水、羧甲基壳聚糖、苯甲醇制成的亲水性高分子凝胶和药用塑料软管组成。非无菌提供，所含成分不具有药理学作用，不被人	通过			第12批

7324	C07120415000000001510000007	口腔溃疡凝胶	10g/支	10g/支	渝械注准20252170118	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。	本品由聚乙烯醇、甘油、纯化水、羧甲基壳聚糖、苯甲醇制成的亲水性高分子凝胶和药用塑料软管组成。非无菌提供，所含成分不具有药理学作用、不被人	通过			第12批
7325	C07120415000000001510000008	口腔溃疡凝胶	15g/支	15g/支	渝械注准20252170118	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。	本品由聚乙烯醇、甘油、纯化水、羧甲基壳聚糖、苯甲醇制成的亲水性高分子凝胶和药用塑料软管组成。非无菌提供，所含成分不具有药理学作用、不被人	通过			第12批
7326	C07120415000000001510000009	口腔溃疡凝胶	20g/支	20g/支	渝械注准20252170118	丙类	150-口腔辅助材料类	否			是	3105	5．口腔颌面		口腔特殊一次性卫生材料及器械、口腔特殊用药、传染病人特殊消耗物品	口腔特殊一次性卫生材料及器械	用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、义齿或手术造成的创面所带来的疼痛。	本品由聚乙烯醇、甘油、纯化水、羧甲基壳聚糖、苯甲醇制成的亲水性高分子凝胶和药用塑料软管组成。非无菌提供，所含成分不具有药理学作用、不被人	通过			第12批

7327	C01030403700003016820000023	尿道扩张器套件	S型26Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7328	C01030403700003016820000024	尿道扩张器套件	S型18Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7329	C01030403700003016820000025	尿道扩张器套件	普通型20Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7330	C01030403700003016820000026	尿道扩张器套件	S型20Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7331	C01030403700003016820000027	尿道扩张器套件	S型16Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7332	C01030403700003016820000028	尿道扩张器套件	S型12Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7333	C01030403700003016820000029	尿道扩张器套件	普通型22Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7334	C01030403700003016820000030	尿道扩张器套件	S型10Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7335	C01030403700003016820000031	尿道扩张器套件	普通型8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr	套装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7336	C01030403700003016820000032	尿道扩张器套件	普通型8Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7337	C01030403700003016820000033	尿道扩张器套件	普通型12Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7338	C01030403700003016820000034	尿道扩张器套件	S型14Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7339	C01030403700003016820000035	尿道扩张器套件	普通型10Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7340	C01030403700003016820000036	尿道扩张器套件	S型8Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7341	C01030403700003016820000037	尿道扩张器套件	S型22Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7342	C01030403700003016820000038	尿道扩张器套件	普通型16Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7343	C01030403700003016820000039	尿道扩张器套件	S型24Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7344	C01030403700003016820000041	尿道扩张器套件	普通型14Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7345	C01030403700003016820000042	尿道扩张器套件	普通型18Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7346	C01030403700003016820000043	尿道扩张器套件	普通型26Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7347	C01030403700003016820000044	尿道扩张器套件	普通型24Fr	单只装	粤械注准20152021510	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	尿道扩张器套件用于尿道狭窄的扩张。	尿道扩张器由聚乙烯材料制成；普通型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；S型尿道扩张器套件规格分为：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、	通过			第12批

7348	C01030403700003244360000001	牵开器	GC-BP-M	GC-BP-M	苏常械备20250105	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		扩张器	产品适用于扩张包皮组织。	牵开器是由上、下撑开臂、弹簧、弹簧销组成。产品不在内窥镜下使用，以非无菌状态提供。使用前根据说明书进行消毒。 材料材质：上、下撑开臂由PC 材料制成，弹簧、弹簧销由304材料制成。	通过			第12批

7349	C01030403700003244360000002	牵开器	GC-BP-S	GC-BP-S	苏常械备20250105	丙类	037-扩张器类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		扩张器	产品适用于扩张包皮组织。	牵开器是由上、下撑开臂、弹簧、弹簧销组成。产品不在内窥镜下使用，以非无菌状态提供。使用前根据说明书进行消毒。 材料材质：上、下撑开臂由PC 材料制成，弹簧、弹簧销由304材料制成。	通过			第12批

7350	C01030403700002104950000042	一次性使用微创扩张引流套件	16Fr	扩张管16Fr	粤械注准20232031837	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	″供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置 入时进行扩张、建立通道用。″	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管、套管、导引针、导丝、肾造瘘引流管组成。	不通过	除外耗材是扩张器，结构及组成除扩张器还打包其他组件的。		第12批

7351	C01030403700002104950000043	一次性使用微创扩张引流套件	8Fr	扩张管8Fr	粤械注准20232031837	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	″供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置 入时进行扩张、建立通道用。″	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管、套管、导引针、导丝、肾造瘘引流管组成。	不通过	除外耗材是扩张器，结构及组成除扩张器还打包其他组件的。		第12批

7352	C01030403700002104950000044	一次性使用微创扩张引流套件	22Fr	扩张管22Fr	粤械注准20232031837	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	″供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张、建立通道用。″	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管、套管、导引针、导丝、肾造瘘引流管组成。	不通过	除外耗材是扩张器，结构及组成除扩张器还打包其他组件的。		第12批

7353	C01030403700002104950000048	一次性使用微创扩张引流套件	18Fr	扩张管18Fr	粤械注准20232031837	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	″供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置 入时进行扩张、建立通道用。″	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管、套管、导引针、导丝、肾造瘘引流管组成。	不通过	除外耗材是扩张器，结构及组成除扩张器还打包其他组件的。		第12批

7354	C01030403700002104950000049	一次性使用微创扩张引流套件	12Fr	扩张管12Fr	粤械注准20232031837	丙类	037-扩张器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		扩张器	″供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张、建立通道用。″	一次性使用微创扩张引流套件由扩张管、套管、导引针、导丝、肾造瘘引流管组成。	不通过	除外耗材是扩张器，结构及组成除扩张器还打包其他组件的。		第12批

7355	C14020226900017136660000002	一次性使用荧光检查阴道扩张器	大号	大号	湘械注准20252180350	丙类	269-阴道扩张类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		扩张器	供妇产科阴道诊察时使用。	一次性使用荧光阴道扩张器由扩张器和可拆卸灯组成，其中扩张器由上叶、下叶、手柄、卡扣组成。上叶、下叶、手柄由聚碳酸酯材料制成，卡扣由聚甲醛(POM)材料制成。可拆卸灯由3.7伏电池、发光二极管、PCB板、灯罩、按钮、外壳组成。扩张器经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第12批

7356	C14020226900017136660000003	一次性使用荧光检查阴道扩张器	小号	小号	湘械注准20252180350	丙类	269-阴道扩张类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		扩张器	供妇产科阴道诊察时使用。	一次性使用荧光阴道扩张器由扩张器和可拆卸灯组成，其中扩张器由上叶、下叶、手柄、卡扣组成。上叶、下叶、手柄由聚碳酸酯材料制成，卡扣由聚甲醛(POM)材料制成。可拆卸灯由3.7伏电池、发光二极管、PCB板、灯罩、按钮、外壳组成。扩张器经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第12批

7357	C14020226900017136660000004	一次性使用荧光检查阴道扩张器	中号	中号	湘械注准20252180350	丙类	269-阴道扩张类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		扩张器	供妇产科阴道诊察时使用。	一次性使用荧光阴道扩张器由扩张器和可拆卸灯组成，其中扩张器由上叶、下叶、手柄、卡扣组成。上叶、下叶、手柄由聚碳酸酯材料制成，卡扣由聚甲醛(POM)材料制成。可拆卸灯由3.7伏电池、发光二极管、PCB板、灯罩、按钮、外壳组成。扩张器经环氧乙烷灭菌，无菌提供。	通过			第12批

7358	C16030103200000205220000001	植入式给药装置专用针	110903510	110903510	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7359	C16030103200000205220000002	植入式给药装置专用针	111103510	111103510	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7360	C16030103200000205220000003	植入式给药装置专用针	110903010	110903010	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7361	C16030103200000205220000004	植入式给药装置专用针	110702510	110702510	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7362	C16030103200000205220000005	植入式给药装置专用针	111102010	111102010	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7363	C16030103200000205220000006	植入式给药装置专用针	111102510	111102510	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7364	C16030103200000205220000007	植入式给药装置专用针	110703010	110703010	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7365	C16030103200000205220000008	植入式给药装置专用针	110703510	110703510	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7366	C16030103200000205220000009	植入式给药装置专用针	111103010	111103010	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7367	C16030103200000205220000010	植入式给药装置专用针	110902510	110902510	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7368	C16030103200000205220000011	植入式给药装置专用针	110702010	110702010	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7369	C16030103200000205220000012	植入式给药装置专用针	110902010	110902010	国械注准20233141779	丙类	032-注射针类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7370	C16030902600000205220000001	植入式给药装置专用针	110901522	110901522	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7371	C16030902600000205220000002	植入式给药装置专用针	111103521	111103521	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7372	C16030902600000205220000003	植入式给药装置专用针	111102521	111102521	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7373	C16030902600000205220000004	植入式给药装置专用针	111103021	111103021	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7374	C16030902600000205220000005	植入式给药装置专用针	110702021	110702021	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7375	C16030902600000205220000006	植入式给药装置专用针	110902522	110902522	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7376	C16030902600000205220000007	植入式给药装置专用针	110903021	110903021	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7377	C16030902600000205220000008	植入式给药装置专用针	110702521	110702521	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7378	C16030902600000205220000009	植入式给药装置专用针	110701521	110701521	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7379	C16030902600000205220000010	植入式给药装置专用针	111102522	111102522	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7380	C16030902600000205220000011	植入式给药装置专用针	110903522	110903522	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7381	C16030902600000205220000012	植入式给药装置专用针	110703021	110703021	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7382	C16030902600000205220000013	植入式给药装置专用针	110903521	110903521	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7383	C16030902600000205220000014	植入式给药装置专用针	110903022	110903022	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7384	C16030902600000205220000015	植入式给药装置专用针	111103522	111103522	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7385	C16030902600000205220000016	植入式给药装置专用针	110902021	110902021	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7386	C16030902600000205220000017	植入式给药装置专用针	110902022	110902022	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7387	C16030902600000205220000018	植入式给药装置专用针	110902521	110902521	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7388	C16030902600000205220000019	植入式给药装置专用针	110702022	110702022	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7389	C16030902600000205220000020	植入式给药装置专用针	111103022	111103022	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7390	C16030902600000205220000021	植入式给药装置专用针	110703022	110703022	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7391	C16030902600000205220000022	植入式给药装置专用针	110901521	110901521	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7392	C16030902600000205220000023	植入式给药装置专用针	111101521	111101521	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7393	C16030902600000205220000024	植入式给药装置专用针	111101522	111101522	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7394	C16030902600000205220000025	植入式给药装置专用针	110702522	110702522	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7395	C16030902600000205220000026	植入式给药装置专用针	110701522	110701522	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7396	C16030902600000205220000027	植入式给药装置专用针	111102021	111102021	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7397	C16030902600000205220000028	植入式给药装置专用针	111102022	111102022	国械注准20233141779	丙类	026-穿刺器类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	留置静脉针	本产品用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽取血液样本。当与耐高压植入式给药装置结合使用时，可用于高压注射造影剂（最大压力325psi）。	本产品分为专用注射针和专用输液针。专用注射针由针管、针座、护帽组成。专用输液针由针柄、针管、连接座（直型和Y型）及端帽、软管、止流夹、无针接头、防针刺保护装置及护套组成。各组件原材料参见产品技术要求附录。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

7398	C020636067000000044600000001	腔静脉滤器系统	VCFR08	VCFR08	国械注准20253130465	丙类	067-回收装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		滤网	该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。包括：1.已经发生有症状的肺栓塞或下腔静脉及髂、股、腘静脉急性血栓形成的患者有下述情况之一者：①存在抗凝治疗禁忌证者；②抗凝治疗过程中发生出血等并发症；③充分的	产品由滤器系统和回收系统组成，其中滤器系统包括滤器和输送系统，输送系统包括装载器、推送杆、输送鞘管和输送鞘扩张器；回收系统包括回收鞘管和回收鞘扩张器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

7399	C0206360670000000446000000 2	腔静脉滤器系统	VCFR10	VCFR10	国械注准20253130465	丙类	067-回收装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		滤网	该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。包括：1.已经发生有症状的肺栓塞或下腔静脉及髂、股、腘静脉急性血栓形成的患者有下述情况之一者：①存在抗凝治疗禁忌证者；②抗凝治疗过程中发生出血等并发症；③充分的	产品由滤器系统和回收系统组成，其中滤器系统包括滤器和输送系统，输送系统包括装载器、推送杆、输送鞘管和输送鞘扩张器；回收系统包括回收鞘管和回收鞘扩张器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

7400	C02063606700000004460000003	腔静脉滤器系统	VCFR12	VCFR12	国械注准20253130465	丙类	067-回收装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		滤网	该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。包括：1.已经发生有症状的肺栓塞或下腔静脉及髂、股、腘静脉急性血栓形成的患者有下述情况之一者：①存在抗凝治疗禁忌证者；②抗凝治疗过程中发生出血等并发症；③充分的	产品由滤器系统和回收系统组成，其中滤器系统包括滤器和输送系统，输送系统包括装载器、推送杆、输送鞘管和输送鞘扩张器；回收系统包括回收鞘管和回收鞘扩张器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

7401	C02063606700000004460000004	腔静脉滤器系统	VCFR14	VCFR14	国械注准20253130465	丙类	067-回收装置类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		滤网	该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。包括：1.已经发生有症状的肺栓塞或下腔静脉及髂、股、腘静脉急性血栓形成的患者有下述情况之一者：①存在抗凝治疗禁忌证者；②抗凝治疗过程中发生出血等并发症；③充分的	产品由滤器系统和回收系统组成，其中滤器系统包括滤器和输送系统，输送系统包括装载器、推送杆、输送鞘管和输送鞘扩张器；回收系统包括回收鞘管和回收鞘扩张器。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

7402	C14020226700014033130000004	输氧面罩	L	L型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7403	C14020226700014033130000005	输氧面罩	S	L型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7404	C14020226700014033130000006	输氧面罩	M	L型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7405	C14020226700014033130000007	输氧面罩	L	W型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7406	C14020226700014033130000008	输氧面罩	S	W型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7407	C14020226700014033130000009	输氧面罩	M	W型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7408	C14020226700014033130000010	输氧面罩	L	气切型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7409	C14020226700014033130000011	输氧面罩	S	气切型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7410	C14020226700014033130000012	输氧面罩	M	气切型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7411	C14020226700014033130000013	输氧面罩	0#	C型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	"一次性鼻导管、鼻塞、面罩"	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7412	C14020226700014033130000014	输氧面罩	1#	C型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7413	C14020226700014033130000015	输氧面罩	2#	C型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7414	C14020226700014033130000016	输氧面罩	3#	C型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7415	C14020226700014033130000017	输氧面罩	4#	C型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7416	C14020226700014033130000018	输氧面罩	5#	C型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7417	C14020226700014033130000019	输氧面罩	6#	C型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7418	C14020226700014033130000020	输氧面罩	XL	W型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7419	C14020226700014033130000021	输氧面罩	L1	W型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7420	C14020226700014033130000022	输氧面罩	XS	W型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7421	C14020226700014033130000023	输氧面罩	XS	L型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7422	C14020226700014033130000024	输氧面罩	L1	L型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7423	C14020226700014033130000025	输氧面罩	XL	L型	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7424	C14020226700014033130000038	输氧面罩	A型	M	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7425	C14020226700014033130000039	输氧面罩	B型	L	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7426	C14020226700014033130000040	输氧面罩	A型	L	闽厦械备20210014号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	A型、B型由罩体，软垫，旋转接头(含盖帽)，头带，头带扣，转换接头(选配)，输氧管(选配)组成。C型由面罩上盖、气垫、气阀(选配)、接头(选配)、头带(选配)、固定支架(选配)组成。L型、W型及气切型由面罩体、输氧管、输氧连接器、松紧带、铝条片(L型配置)、LD型为L型配置上增加储氧袋配	通过			第12批

7427	C14020226700014082100000165	输氧面罩	M	S01	浙甬械备20160012号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	供医疗单位为缺氧患者输氧时使用，作为氧气进入患者体内的通道。	产品主要由面罩、松紧带、铝片、接口、输氧管、普通接头组成。主要成分为PVC。无源产品，非无菌构成。	通过			第12批

7428	C14020226700014082100000172	输氧面罩	L	S01	浙甬械备20160012号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	供医疗单位为缺氧患者输氧时使用，作为氧气进入患者体内的通道。	产品主要由面罩、松紧带、铝片、接口、输氧管、普通接头组成。主要成分为PVC。无源产品，非无菌构成。	通过			第12批

7429	C14020226700014082100000180	输氧面罩	S	S01	浙甬械备20160012号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	面罩	供医疗单位为缺氧患者输氧时使用，作为氧气进入患者体内的通道。	产品主要由面罩、松紧带、铝片、接口、输氧管、普通接头组成。主要成分为PVC。无源产品，非无菌构成。	通过			第12批
7430	C14020226700014110090000033	医用吸氧面罩	KXY50	KXY50	粤穗械备20240030	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道	由面罩和连接管组成。采用医用高分子材料制成。非无菌产品,一次性使用。细菌菌落总数≤200cfu/g，不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和真菌	通过			第12批

7431	C14020226700014110090000034	医用吸氧面罩	KXY51	KXY51	粤穗械备20240030	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道	由面罩和连接管组成。采用医用高分子材料制成。非无菌产品,一次性使用。细菌菌落总数≤200cfu/g，不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和真菌	通过			第12批
7432	C14020118200000011640000017	医用氧气雾化面罩	口含器	普通级A型	粤械注准20172080601	丙类	182-吸入器类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	面罩	供医疗单位配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗时使用。	A型由A型杯体、A型盖帽、A型蘑菇、面罩、弯管连接器、60%文氏管、延长管、口含器、T形件、波纹管和输氧管组成；D型由D型杯体、D型盖帽、D型蘑菇、面罩、弯管连接器、60%文氏管、延长管、口含器、T形件、波纹管和输氧管组成；T型由T型杯体、T型蘑菇、T型套环、T型面罩、110度弯头、口含嘴、咬嘴	通过			第12批

7433	C03260208901004091220000045	脊柱后路内固定系统-螺钉	（Mispine微创万向螺钉(钛合金)）7.0×45	WGB1Z-10-03	国械注准20173134402	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	不视为非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	该产品适用于脊柱胸腰椎后路内固定。	WGB1Z-10型Mispine脊柱后路内固定系统，由螺钉、连接杆，横连杆装配，顶丝，骨钩，多米诺接头，生长阀，侧方联接器组成。螺钉组件球形环由符合GB/T 13810标准要求的TA3纯钛材料制成，其他组件由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。纯钛和钛合金产品表面有经过阳极氧化处理和	通过			第12批
7434	C03500111700000072950000001	脊柱外科手术导航系统-电磁脊柱穿刺针	011601	011601	国械注准20223010680	丙类	117-导航材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	该产品在成人脊柱外科的胸腰椎螺钉内固定手术中，用于辅助手术工具和植入物的导航定位。	该产品由台车、导航主机、红外线摄像头（含台车）、电磁发生器、追踪器（光学、电磁）、导航工具（光学、电磁）、校准模块（光学、电磁）、导航软件、附件	不通过	适用范围及结构组成未见内外固定材料		第12批

7435	C03110208003006041720000014	记忆合金肋骨接骨板	LIII-A1250α	LIII-A1250α	国械注准20253131287	甲类	080-固定板类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	适用于外科手术时肋骨骨折内固定。	该产品由符合GB/T 24627标准要求的镍钛形状记忆合金 材料制成。由主梁和环抱臂组成。产品表面无着色，灭 菌和非灭菌两种包装。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有 效期为3年。	通过			第12批
7436	C03110208003006041720000059	记忆合金肋骨接骨板	LIII-A1050α	LIII-A1050α	国械注准20253131287	甲类	080-固定板类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	适用于外科手术时肋骨骨折内固定。	该产品由符合GB/T 24627标准要求的镍钛形状记忆合金 材料制成。由主梁和环抱臂组成。产品表面无着色，灭 菌和非灭菌两种包装。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有 效期为3年。	通过			第12批
7437	C03110208003006041720000060	记忆合金肋骨接骨板	LIII-A1450β	LIII-A1450β	国械注准20253131287	甲类	080-固定板类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	适用于外科手术时肋骨骨折内固定。	该产品由符合GB/T 24627标准要求的镍钛形状记忆合金 材料制成。由主梁和环抱臂组成。产品表面无着色，灭 菌和非灭菌两种包装。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有 效期为3年。	通过			第12批

7438	C05050100000000041720000137	记忆合金胸骨固定器	XⅡ 2811	XⅡ 2811	国械注准20243130728	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	适用于人体胸骨正中切开术后的胸骨内固定。	该产品由符合GB 24627标准要求的镍钛形状记忆合金材料制成。Ⅰ型为组合式，由左、右环抱臂及固定销组成；Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ 型、Ⅵ型为一体式，由主梁和环抱臂组成。产品表面无特殊处理，环氧乙烷灭菌和非灭菌包装，灭菌包装无	通过			第12批
7439	C05050100000000041720000279	记忆合金胸骨固定器	XⅡ 2211	XⅡ 2211	国械注准20243130728	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	适用于人体胸骨正中切开术后的胸骨内固定。	该产品由符合GB 24627标准要求的镍钛形状记忆合金材料制成。Ⅰ型为组合式，由左、右环抱臂及固定销组成；Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ 型、Ⅵ型为一体式，由主梁和环抱臂组成。产品表面无特殊处理，环氧乙烷灭菌和非灭菌包装，灭菌包装无	通过			第12批

7440	C03140108701001072950000001	无菌骨牵引针	250mm*2.0mm	SQ25020	渝械注准20242040317	丙类	087-外固定系统类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定	无菌骨牵引针由针尖、针体和尾部组成。产品经环氧乙烷灭菌一次性使用	通过			第12批
7441	C03140108701001072950000002	无菌骨牵引针	150mm*5.0mm	DQ15050	渝械注准20242040317	丙类	087-外固定系统类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定	无菌骨牵引针由针尖、针体和尾部组成。产品经环氧乙烷灭菌一次性使用	通过			第12批
7442	C03140108701001072950000003	无菌骨牵引针	250mm*2.4mm	SQ25024	渝械注准20242040317	丙类	087-外固定系统类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定	无菌骨牵引针由针尖、针体和尾部组成。产品经环氧乙烷灭菌一次性使用	通过			第12批
7443	C03140108701001072950000004	无菌骨牵引针	250mm*7.5mm	KQ25075	渝械注准20242040317	丙类	087-外固定系统类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定	无菌骨牵引针由针尖、针体和尾部组成。产品经环氧乙烷灭菌一次性使用	通过			第12批
7444	C03140108701001072950000005	无菌骨牵引针	250mm*1.5mm	SQ25015	渝械注准20242040317	丙类	087-外固定系统类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定	无菌骨牵引针由针尖、针体和尾部组成。产品经环氧乙烷灭菌一次性使用	通过			第12批
7445	C03140108701001072950000006	无菌骨牵引针	100mm*5.0mm	DQ10050	渝械注准20242040317	丙类	087-外固定系统类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨折手术过程中牵引、定位或固定	无菌骨牵引针由针尖、针体和尾部组成。产品经环氧乙烷灭菌一次性使用	通过			第12批

7446	C03500200000000729500000001	一次性使用定位针	4.2mm*140mm	φ4.2×140	渝械注准20242040316	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。	一次性使用定位针由定位针套管和定位针针芯组成，定位针套管由杆部、手柄和安装座组成，定位针芯由针尖、杆部和手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使	通过			第12批
7447	C03500200000000729500000002	一次性使用定位针	3.0mm*120mm	φ3.0×120	渝械注准20242040316	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。	一次性使用定位针由定位针套管和定位针针芯组成，定位针套管由杆部、手柄和安装座组成，定位针芯由针尖、杆部和手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使	通过			第12批
7448	C03500200000000729500000003	一次性使用定位针	3.0mm*100mm	φ3.0×100	渝械注准20242040316	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。	一次性使用定位针由定位针套管和定位针针芯组成，定位针套管由杆部、手柄和安装座组成，定位针芯由针尖、杆部和手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使	通过			第12批

7449	C03500200000000729500000004	一次性使用定位针	4.2mm*120mm	φ4.2×120	渝械注准20242040316	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于在骨科手术过程中导向、导引或定位。	一次性使用定位针由定位针套管和定位针针芯组成，定位针套管由杆部、手柄和安装座组成，定位针芯由针尖、杆部和手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使	通过			第12批
7450	C03500200000000729500000005	一次性使用环锯	200mm*65mm	HJ20065	渝械注准20242040318	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于切除和修正腐骨或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用环锯产品由锯齿刀刃口、工作杆、手柄接头组成，产品经环氧乙烷灭菌，一次	不通过	适用范围及结构组成未见内外固定材料		第12批
7451	C03500200000000729500000006	一次性使用环锯	150mm*110mm	HJ150110	渝械注准20242040318	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于切除和修正腐骨或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用环锯产品由锯齿刀刃口、工作杆、手柄接头组成，产品经环氧乙烷灭菌，一次	不通过	适用范围及结构组成未见内外固定材料		第12批
7452	C03500200000000729500000007	一次性使用环锯	200mm*75mm	HJ20075	渝械注准20242040318	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内、外固定的材料	用于切除和修正腐骨或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用环锯产品由锯齿刀刃口、工作杆、手柄接头组成，产品经环氧乙烷灭菌，一次	不通过	适用范围及结构组成未见内外固定材料		第12批

7453	C03290309700001089210000005	3D打印椎间融合器	12×40×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7454	C03290309700001089210000009	3D打印椎间融合器	11×45×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7455	C03290309700001089210000010	3D打印椎间融合器	15×50×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7456	C03290309700001089210000011	3D打印椎间融合器	14×40×16-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7457	C03290309700001089210000014	3D打印椎间融合器	12×40×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7458	C03290309700001089210000015	3D打印椎间融合器	13×40×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7459	C03290309700001089210000027	3D打印椎间融合器	11×45×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7460	C03290309700001089210000035	3D打印椎间融合器	15×50×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7461	C03290309700001089210000047	3D打印椎间融合器	9×50×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7462	C03290309700001089210000057	3D打印椎间融合器	13×45×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7463	C03290309700001089210000067	3D打印椎间融合器	12×40×14-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7464	C03290309700001089210000077	3D打印椎间融合器	15×40×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7465	C03290309700001089210000079	3D打印椎间融合器	15×45×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7466	C03290309700001089210000083	3D打印椎间融合器	13×50×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7467	C03290309700001089210000109	3D打印椎间融合器	12×45×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7468	C03290309700001089210000116	3D打印椎间融合器	10×55×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7469	C03290309700001089210000122	3D打印椎间融合器	8×55×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7470	C03290309700001089210000123	3D打印椎间融合器	12×40×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7471	C03290309700001089210000124	3D打印椎间融合器	11×40×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7472	C03290309700001089210000125	3D打印椎间融合器	14×55×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7473	C03290309700001089210000126	3D打印椎间融合器	14×50×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7474	C03290309700001089210000129	3D打印椎间融合器	11×40×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7475	C03290309700001089210000136	3D打印椎间融合器	13×45×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7476	C03290309700001089210000145	3D打印椎间融合器	9×55×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7477	C03290309700001089210000146	3D打印椎间融合器	15×55×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7478	C03290309700001089210000157	3D打印椎间融合器	13×40×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7479	C03290309700001089210000168	3D打印椎间融合器	11×55×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7480	C03290309700001089210000174	3D打印椎间融合器	8×50×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7481	C03290309700001089210000177	3D打印椎间融合器	9×45×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7482	C03290309700001089210000178	3D打印椎间融合器	11×40×16-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7483	C03290309700001089210000186	3D打印椎间融合器	14×45×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7484	C03290309700001089210000193	3D打印椎间融合器	9×50×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7485	C03290309700001089210000194	3D打印椎间融合器	15×55×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7486	C03290309700001089210000197	3D打印椎间融合器	8×50×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7487	C03290309700001089210000217	3D打印椎间融合器	8×55×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7488	C03290309700001089210000220	3D打印椎间融合器	15×40×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7489	C03290309700001089210000224	3D打印椎间融合器	13×55×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7490	C03290309700001089210000228	3D打印椎间融合器	10×50×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7491	C03290309700001089210000231	3D打印椎间融合器	11×50×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7492	C03290309700001089210000237	3D打印椎间融合器	12×50×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7493	C03290309700001089210000238	3D打印椎间融合器	8×40×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7494	C03290309700001089210000239	3D打印椎间融合器	13×50×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7495	C03290309700001089210000243	3D打印椎间融合器	12×40×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7496	C03290309700001089210000248	3D打印椎间融合器	15×45×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7497	C03290309700001089210000252	3D打印椎间融合器	11×55×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7498	C03290309700001089210000253	3D打印椎间融合器	15×40×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7499	C03290309700001089210000255	3D打印椎间融合器	8×50×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7500	C03290309700001089210000270	3D打印椎间融合器	10×40×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7501	C03290309700001089210000272	3D打印椎间融合器	15×45×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7502	C03290309700001089210000278	3D打印椎间融合器	13×45×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7503	C03290309700001089210000288	3D打印椎间融合器	8×55×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7504	C03290309700001089210000294	3D打印椎间融合器	14×55×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7505	C03290309700001089210000295	3D打印椎间融合器	13×55×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7506	C03290309700001089210000308	3D打印椎间融合器	10×40×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7507	C03290309700001089210000314	3D打印椎间融合器	15×55×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7508	C03290309700001089210000338	3D打印椎间融合器	14×50×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7509	C03290309700001089210000339	3D打印椎间融合器	15×50×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7510	C03290309700001089210000342	3D打印椎间融合器	11×45×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7511	C03290309700001089210000348	3D打印椎间融合器	11×40×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7512	C03290309700001089210000351	3D打印椎间融合器	14×50×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7513	C03290309700001089210000352	3D打印椎间融合器	8×40×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7514	C03290309700001089210000372	3D打印椎间融合器	11×55×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7515	C03290309700001089210000382	3D打印椎间融合器	13×50×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7516	C03290309700001089210000387	3D打印椎间融合器	13×40×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7517	C03290309700001089210000395	3D打印椎间融合器	10×45×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7518	C03290309700001089210000406	3D打印椎间融合器	14×55×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7519	C03290309700001089210000409	3D打印椎间融合器	11×50×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7520	C03290309700001089210000433	3D打印椎间融合器	9×45×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7521	C03290309700001089210000451	3D打印椎间融合器	13×55×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7522	C03290309700001089210000456	3D打印椎间融合器	9×45×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7523	C03290309700001089210000459	3D打印椎间融合器	10×50×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7524	C03290309700001089210000462	3D打印椎间融合器	10×55×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7525	C03290309700001089210000472	3D打印椎间融合器	10×40×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7526	C03290309700001089210000483	3D打印椎间融合器	12×45×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7527	C03290309700001089210000494	3D打印椎间融合器	10×50×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7528	C03290309700001089210000502	3D打印椎间融合器	11×40×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7529	C03290309700001089210000508	3D打印椎间融合器	10×45×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7530	C03290309700001089210000514	3D打印椎间融合器	12×55×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7531	C03290309700001089210000541	3D打印椎间融合器	9×40×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7532	C03290309700001089210000556	3D打印椎间融合器	12×50×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7533	C03290309700001089210000569	3D打印椎间融合器	10×55×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7534	C03290309700001089210000576	3D打印椎间融合器	11×55×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7535	C03290309700001089210000586	3D打印椎间融合器	15×50×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7536	C03290309700001089210000587	3D打印椎间融合器	9×40×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7537	C03290309700001089210000601	3D打印椎间融合器	9×50×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7538	C03290309700001089210000624	3D打印椎间融合器	8×45×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7539	C03290309700001089210000626	3D打印椎间融合器	12×45×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7540	C03290309700001089210000627	3D打印椎间融合器	10×40×14-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7541	C03290309700001089210000631	3D打印椎间融合器	9×55×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7542	C03290309700001089210000634	3D打印椎间融合器	9×45×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7543	C03290309700001089210000650	3D打印椎间融合器	14×55×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7544	C03290309700001089210000653	3D打印椎间融合器	8×45×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7545	C03290309700001089210000664	3D打印椎间融合器	12×55×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7546	C03290309700001089210000666	3D打印椎间融合器	9×40×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7547	C03290309700001089210000672	3D打印椎间融合器	9×55×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7548	C03290309700001089210000679	3D打印椎间融合器	14×40×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7549	C03290309700001089210000683	3D打印椎间融合器	9×55×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7550	C03290309700001089210000703	3D打印椎间融合器	12×45×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7551	C03290309700001089210000708	3D打印椎间融合器	11×50×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7552	C03290309700001089210000746	3D打印椎间融合器	10×55×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7553	C03290309700001089210000748	3D打印椎间融合器	8×50×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7554	C03290309700001089210000764	3D打印椎间融合器	15×40×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7555	C03290309700001089210000765	3D打印椎间融合器	14×45×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7556	C03290309700001089210000768	3D打印椎间融合器	15×45×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7557	C03290309700001089210000778	3D打印椎间融合器	13×45×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7558	C03290309700001089210000798	3D打印椎间融合器	10×45×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7559	C03290309700001089210000809	3D打印椎间融合器	14×50×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7560	C03290309700001089210000815	3D打印椎间融合器	9×50×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7561	C03290309700001089210000817	3D打印椎间融合器	8×40×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7562	C03290309700001089210000818	3D打印椎间融合器	13×55×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7563	C03290309700001089210000824	3D打印椎间融合器	8×40×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7564	C03290309700001089210000838	3D打印椎间融合器	14×40×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7565	C03290309700001089210000841	3D打印椎间融合器	12×50×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7566	C03290309700001089210000843	3D打印椎间融合器	15×55×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7567	C03290309700001089210000850	3D打印椎间融合器	12×40×16-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7568	C03290309700001089210000851	3D打印椎间融合器	13×40×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7569	C03290309700001089210000854	3D打印椎间融合器	10×45×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7570	C03290309700001089210000856	3D打印椎间融合器	11×45×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7571	C03290309700001089210000863	3D打印椎间融合器	10×40×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7572	C03290309700001089210000867	3D打印椎间融合器	14×45×18-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7573	C03290309700001089210000869	3D打印椎间融合器	13×50×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7574	C03290309700001089210000872	3D打印椎间融合器	10×40×16-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7575	C03290309700001089210000903	3D打印椎间融合器	12×50×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7576	C03290309700001089210000909	3D打印椎间融合器	8×45×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7577	C03290309700001089210000912	3D打印椎间融合器	11×50×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7578	C03290309700001089210000927	3D打印椎间融合器	14×40×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7579	C03290309700001089210000928	3D打印椎间融合器	12×55×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7580	C03290309700001089210000931	3D打印椎间融合器	14×40×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7581	C03290309700001089210000932	3D打印椎间融合器	8×55×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7582	C03290309700001089210000933	3D打印椎间融合器	8×45×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7583	C03290309700001089210000953	3D打印椎间融合器	14×45×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7584	C03290309700001089210000954	3D打印椎间融合器	14×40×14-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7585	C03290309700001089210000957	3D打印椎间融合器	9×40×22-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7586	C03290309700001089210000962	3D打印椎间融合器	10×50×22-12°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批
7587	C03290309700001089210000967	3D打印椎间融合器	11×40×14-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7588	C03250208901020091140000038	脊柱后路固定系统-连接棒	Φ6.0，L=140	JHL-V型	国械注准20193130499	甲类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	适用于脊柱胸腰椎骨折、脱落、滑脱、矫形时的后路固定。	该产品由椎弓根钉、提拉钉、连接棒、横向连接装置、螺母、角度连接棒、螺栓组成。由符合GB/T13810中规定的TC4钛合金材料制成。表面经微弧阳极氧化处理或者未经阳极氧化处理。非	通过			第12批
7589	C03160108901007004190001244	金属骨针	（普通型骨针）φ2.5×400/16mm 无菌包装	USW02	国械注准20183130451	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB 4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成，含灭菌和非灭菌包装。灭菌有效	通过			第12批
7590	C03160108901007004190001254	金属骨针	（普通型骨针）φ3.2×400/16mm 灭菌包装	USW02	国械注准20183130451	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。	该产品采用符合GB 4234.1标准规定的00Cr18Ni14Mo3不锈钢材料制成，含灭菌和非灭菌包装。灭菌有效	通过			第12批

7591	C03160108901001044730000018	金属骨针	锥刃圆型Φ2×300无菌	/	国械注准20233131106	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。	金属骨针由刃部、尾部和针体组成。产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14M03不锈钢材料制成。交付状态分为无菌提供和非无菌提供两种状态。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有效期3年	通过			第12批
7592	C03160108901001044730000025	金属骨针	锥刃圆型Φ1.5×300无菌	/	国械注准20233131106	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。	金属骨针由刃部、尾部和针体组成。产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14M03不锈钢材料制成。交付状态分为无菌提供和非无菌提供两种状态。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有效期3年	通过			第12批

7593	C03160108901001044730000037	金属骨针	锥刃圆型 Φ 3.5×300 无菌	/	国械注准20233131106	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。	金属骨针由刃部、尾部和针体组成。产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14M03不锈钢材料制成。交付状态分为无菌提供和非无菌提供两种状态。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有效期3年	通过			第12批
7594	C03160108901001044730000043	金属骨针	锥刃圆型 Φ 0.8×300 无菌	/	国械注准20233131106	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。	金属骨针由刃部、尾部和针体组成。产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14M03不锈钢材料制成。交付状态分为无菌提供和非无菌提供两种状态。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有效期3年	通过			第12批

7595	C03160108901001044730000082	金属骨针	锥刃圆型Φ2.5×230无菌	/	国械注准20233131106	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。	金属骨针由刃部、尾部和针体组成。产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14M03不锈钢材料制成。交付状态分为无菌提供和非无菌提供两种状态。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有效期3年	通过			第12批
7596	C03160108901001044730000096	金属骨针	锥刃圆型Φ3×300无菌	/	国械注准20233131106	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。	金属骨针由刃部、尾部和针体组成。产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14M03不锈钢材料制成。交付状态分为无菌提供和非无菌提供两种状态。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有效期3年	通过			第12批

7597	C03160108901001044730000098	金属骨针	锥刃圆型Φ1×300无菌	/	国械注准20233131106	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。	金属骨针由刃部、尾部和针体组成。产品采用符合GB4234.1标准规定的00Cr18Ni14M03不锈钢材料制成。交付状态分为无菌提供和非无菌提供两种状态。灭菌产品采用环氧乙烷灭菌，有效期3年	通过			第12批
7598	C03170408900002056100000005	颈椎后路内固定系统-枕骨钉	（枕颈固定钉II型）直径4.5mm长度14mm	PNS I型	国械注准20213130509	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定材料	该产品适用于枕骨-C7节段后路的内固定。	该产品由矫形钉、连接棒、侧方连接器、横连器、椎板钩、螺母、枕颈融合块、枕颈固定块、枕颈固定钉组成。产品采用钛合金材料制成，牌号为TC4,符合GB/T13810材料标准。表面经阳极氧化处理。交付状态为无菌和非无菌。灭菌产品为环氧乙烷	通过			第12批

7599	C03160108903003126230000274	一次性无菌骨牵引针	2.5*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批
7600	C03160108903003126230000325	一次性无菌骨牵引针	2.0*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批

7601	C03160108903003126230000444	一次性无菌骨牵引针	0.8*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批
7602	C03160108903003126230000475	一次性无菌骨牵引针	1.2*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批

7603	C03160108903003126230000643	一次性无菌骨牵引针	1.5*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批
7604	C03160108903003126230000667	一次性无菌骨牵引针	1.8*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批

7605	C03160108903003126230000682	一次性无菌骨牵引针	3.5*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批
7606	C03160108903003126230000747	一次性无菌骨牵引针	1.0*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批

7607	C03160108903003126230000748	一次性无菌骨牵引针	4.0*250mm	FT4250	津械注准20192040113	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定	内固定材料	内固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	不通过	除外耗材名称为内固定材料，与适用范围及结构组成无菌骨牵引针不一致		第12批
7608	C03210208900002056100000001	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度12mm宽度4.0mm厚度1.5mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7609	C0321020890000205610000000 2	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度8mm 宽度4.0mm 厚度1.2mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7610	C0321020890000205610000000 3	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度12mm 宽度4.5mm 厚度1.2mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7611	C03210208900002056100000004	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度8mm 宽度4.5mm 厚度1.5mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7612	C03210208900002056100000005	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度10mm 宽度4.5mm 厚度1.5mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7613	C0321020890000205610000006	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度14mm宽度4.0mm厚度1.5mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7614	C0321020890000205610000007	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度14mm宽度4.0mm厚度1.5mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7615	C0321020890000205610000008	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度10mm宽度4.5mm厚度1.2mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7616	C0321020890000205610000009	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度10mm宽度4.0mm厚度1.5mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7617	C0321020890000205610000010	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度14mm宽度4.0mm厚度1.2mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7618	C0321020890000205610000011	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度12mm宽度4.5mm厚度1.5mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7619	C0321020890000205610000012	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度10mm宽度4.5mm厚度1.2mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7620	C0321020890000205610000013	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度12mm宽度4.0mm厚度1.2mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7621	C0321020890000205610000014	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度8mm 宽度4.0mm 厚度1.2mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7622	C0321020890000205610000015	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度14mm 宽度4.5mm 厚度1.2mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7623	C03210208900002056100000017	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度10mm宽度4.0mm厚度1.5mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7624	C03210208900002056100000018	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度14mm宽度4.5mm厚度1.5mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7625	C0321020890000205610000019	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度12mm宽度4.0mm厚度1.2mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7626	C0321020890000205610000020	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度8mm宽度4.0mm厚度1.5mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7627	C0321020890000205610000021	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度12mm宽度4.0mm厚度1.5mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7628	C0321020890000205610000022	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度14mm宽度4.0mm厚度1.2mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7629	C0321020890000205610000023	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度8mm 宽度4.5mm 厚度1.2mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7630	C0321020890000205610000024	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度12mm 宽度4.5mm 厚度1.5mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7631	C0321020890000205610000025	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度10mm宽度4.0mm厚度1.2mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7632	C0321020890000205610000026	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度14mm宽度4.5mm厚度1.5mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7633	C0321020890000205610000027	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度12mm宽度4.5mm厚度1.2mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7634	C0321020890000205610000028	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度8mm宽度4.0mm厚度1.5mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7635	C0321020890000205610000029	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度10mm宽度4.5mm厚度1.5mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7636	C0321020890000205610000030	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度8mm宽度4.5mm厚度1.5mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7637	C0321020890000205610000003 1	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度14mm宽度4.5mm厚度1.2mm	开门板Ⅱ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7638	C0321020890000205610000003 2	PEEK椎板固定板系统-椎板固定板	长度10mm宽度4.0mm厚度1.2mm	开门板Ⅰ型	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7639	C0321080890000205610000028	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.4mm 长度 10.0mm	自攻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7640	C0321080890000205610000029	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.0mm 长度6.0mm	自攻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7641	C0321080890000205610000030	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.0mm 长度8.0mm	自攻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7642	C0321080890000205610000031	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.0mm 长度10.0mm	自攻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7643	C0321080890000205610000032	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.4mm长度6.0mm	自攻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7644	C0321080890000205610000033	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.0mm长度12.0mm	自攻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7645	C0321080890000205610000034	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.4mm 长度 12.0mm	自攻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7646	C0321080890000205610000035	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.4mm 长度8.0mm	自攻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7647	C0321080890000405610000025	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.0mm 长度 12.0mm	自钻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7648	C0321080890000405610000026	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.0mm 长度8.0mm	自钻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7649	C0321080890000405610000027	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.4mm 长度 10.0mm	自钻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7650	C0321080890000405610000028	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.4mm 长度 12.0mm	自钻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7651	C0321080890000405610000029	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.4mm长度6.0mm	自钻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7652	C0321080890000405610000030	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.0mm长度10.0mm	自钻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批

7653	C03210808900004056100000031	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.0mm长度6.0mm	自钻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7654	C03210808900004056100000032	PEEK椎板固定板系统-螺钉	直径2.4mm长度8.0mm	自钻螺钉	国械注准20253130342	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于脊柱（C1-C7）椎管扩大减压术后的椎板成形。	产品由椎板固定板和螺钉组成。椎板固定板由符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮（PEEK-OPTIMA LT1）材料制成，螺钉由符合ISO 5832-3规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。螺钉表面经着色阳极氧化处理，非无菌包装。	通过			第12批
7655	C03160912700003052480000004	齿状臂记忆环抱内固定器	29/27-170	圆锥型GZ	国械注准20173133122	丙类	127-固定器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于肱骨、股骨、尺桡骨、腓骨、髌骨、锁骨、掌骨、指骨骨折	该产品采用镍钛形状记忆合金材料制成。包装分为灭菌和非灭菌包装。	通过			第12批

7656	C03160912700003052480000007	齿状臂记忆环抱内固定器	29/27-150	圆锥型GZ	国械注准20173133122	丙类	127-固定器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于肱骨、股骨、尺桡骨、腓骨、髌骨、锁骨、掌骨、指骨骨折	该产品采用镍钛形状记忆合金材料制成。包装分为灭菌和非灭菌包装。	通过			第12批
7657	C03260708900001125220000014	脊柱后路扩张通道组件	50	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7658	C03260708900001125220000015	脊柱后路扩张通道组件	45	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7659	C03260708900001125220000016	脊柱后路扩张通道组件	65	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7660	C03260708900001125220000017	脊柱后路扩张通道组件	100P	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7661	C03260708900001125220000019	脊柱后路扩张通道组件	70	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批

7662	C03260708900001125220000020	脊柱后路扩张通道组件	72P	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7663	C03260708900001125220000021	脊柱后路扩张通道组件	75	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7664	C03260708900001125220000022	脊柱后路扩张通道组件	55	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7665	C03260708900001125220000023	脊柱后路扩张通道组件	60	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7666	C03260708900001125220000025	脊柱后路扩张通道组件	100	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7667	C03260708900001125220000027	脊柱后路扩张通道组件	72	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批

7668	C03260708900001125220000028	脊柱后路扩张通道组件	40	CBZR	沪械注准20242040065	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于腰椎后路手术通道的建立。	产品由扩张通道、逐级撑开套管、定位针、定位板、测深尺组合配置而成	通过			第12批
7669	C03170108902004056100000001	颈椎后路内固定系统-枕颈固定块	直径5.2㎜	PNS I型	国械注准20213130509	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于枕骨-C7节段后路的内固定。	该产品由矫形钉、连接棒、侧方连接器、横连器、椎板钩、螺母、枕颈融合块、枕颈固定块、枕颈固定钉组成。产品采用钛合金材料制成，牌号为TC4,符合GB/T13810材料标准。表面经阳极氧化处理。交付状态为无菌和非无菌。灭菌产品为环氧乙烷	通过			第12批

7670	C03170408900002056100000004	颈椎后路内固定系统-枕骨钉	（枕颈固定钉II型）直径4.5mm长度12mm	PNS I型	国械注准20213130509	甲类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于枕骨-C7节段后路的内固定。	该产品由矫形钉、连接棒、侧方连接器、横连器、椎板钩、螺母、枕颈融合块、枕颈固定块、枕颈固定钉组成。产品采用钛合金材料制成，牌号为TC4,符合GB/T13810材料标准。表面经阳极氧化处理。交付状态为无菌和非无菌。灭菌产品为环氧乙烷	通过			第12批
7671	C03290509802001004190000001	可调节人工椎体	直径18mm高度32mm无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装有效期5年	通过			第12批

7672	C03290509802001004190000002	可调节人工椎体	直径18mm高度25mm无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7673	C03290509802001004190000003	可调节人工椎体	直径18mm高度20mm无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7674	C03290509802001004190000004	可调节人工椎体	直径22mm高度32mm无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7675	C03290509802001004190000005	可调节人工椎体	直径22mm高度32mm无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7676	C03290509802001004190000006	可调节人工椎体	直径18mm高度25mm无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7677	C03290509802001004190000007	可调节人工椎体	直径22mm高度37mm无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7678	C03290509802001004190000008	可调节人工椎体	直径18mm高度20mm无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7679	C03290509802001004190000009	可调节人工椎体	直径22mm高度25mm无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7680	C03290509802001004190000010	可调节人工椎体	直径22mm高度25mm无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7681	C03290509802001004190000011	可调节人工椎体	直径22mm高度37mm无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7682	C03290509802001004190000012	可调节人工椎体	直径18mm高度32mm无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7683	C03290509802002004190000001	可调节人工椎体	直径18mm高度32mm	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7684	C03290509802002004190000002	可调节人工椎体	直径18mm 高度25mm	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7685	C03290509802002004190000003	可调节人工椎体	直径22mm 高度32mm	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7686	C03290509802002004190000004	可调节人工椎体	直径18mm 高度20mm	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7687	C03290509802002004190000005	可调节人工椎体	直径22mm 高度37mm	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7688	C03290509802002004190000006	可调节人工椎体	直径22mm 高度32mm	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7689	C03290509802002004190000007	可调节人工椎体	直径18mm 高度20mm	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7690	C03290509802002004190000008	可调节人工椎体	直径22mm 高度37mm	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7691	C03290509802002004190000009	可调节人工椎体	直径22mm 高度25mm	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7692	C03290509802002004190000010	可调节人工椎体	直径18mm 高度25mm	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7693	C03290509802002004190000011	可调节人工椎体	直径22mm 高度25mm	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7694	C03290509802002004190000012	可调节人工椎体	直径18mm 高度32mm	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	098-人工椎体类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7695	C03291008900003004190000001	可调节人工椎体-端盖	直径22mm 角度15°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7696	C03291008900003004190000002	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度0°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7697	C03291008900003004190000003	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度0°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7698	C03291008900003004190000004	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度15°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7699	C03291008900003004190000005	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度15°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7700	C03291008900003004190000006	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度0°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7701	C03291008900003004190000007	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度20°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7702	C03291008900003004190000008	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度3°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7703	C03291008900003004190000009	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度3°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7704	C03291008900003004190000010	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度8°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7705	C03291008900003004190000011	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度30°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7706	C03291008900003004190000012	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度25°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7707	C03291008900003004190000013	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度8°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7708	C03291008900003004190000014	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度8°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7709	C03291008900003004190000015	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度15°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7710	C03291008900003004190000016	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度3°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7711	C03291008900003004190000017	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度25°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7712	C03291008900003004190000018	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度25°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7713	C03291008900003004190000019	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度20°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7714	C03291008900003004190000020	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度25°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7715	C03291008900003004190000021	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度0°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7716	C03291008900003004190000022	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度8°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7717	C03291008900003004190000023	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度30°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7718	C03291008900003004190000024	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度3°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7719	C03291008900003004190000025	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度8°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7720	C03291008900003004190000026	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度0°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7721	C03291008900003004190000027	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度0°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7722	C03291008900003004190000028	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度20°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7723	C03291008900003004190000029	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度30°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7724	C03291008900003004190000030	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度3°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7725	C03291008900003004190000031	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度3°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7726	C03291008900003004190000032	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度8°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7727	C03291008900003004190000033	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度3°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7728	C03291008900003004190000034	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度30°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7729	C03291008900003004190000035	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度20°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7730	C03291008900003004190000036	可调节人工椎体-端盖	直径22mm角度0°	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7731	C03291008900003004190000037	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度3°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7732	C03291008900003004190000038	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度8°	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7733	C03291008900003004190000039	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度8°无菌包装	Ⅱ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7734	C03291008900003004190000040	可调节人工椎体-端盖	直径18mm角度0°无菌包装	Ⅰ型	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装有效期5年	通过			第12批
7735	C03291008900004004190000001	可调节人工椎体-延长器	直径18mm	/	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装有效期5年	通过			第12批

7736	C03291008900004004190000002	可调节人工椎体-延长器	直径22mm	/	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批
7737	C03291008900004004190000003	可调节人工椎体-延长器	直径18mm无菌包装	/	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装	通过			第12批

7738	C03291008900004004190000004	可调节人工椎体-延长器	直径22mm无菌包装	/	国械注准20243132286	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于胸腰椎（T1-L5）单节段及多节段椎体置换，置换由于肿瘤或外伤（如骨折）所致的椎体或脊椎压缩、损坏或不稳定而进行的完全和部分椎体切除术中切除或分离的椎体。	该产品由可调节人工椎体、延长器和端盖组成，采用符合ISO 5832-3标准规定的Ti6Al4V钛合金材料制成。限位钉表面经阳极氧化处理或不着色其余部件不着色。含灭菌和非灭菌包装。采用辐照灭菌，无菌包装有效期5年	通过			第12批
7739	C03250408901002056100000002	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）50mm	NSSIII 6.0型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批

7740	C03250408901002056100000005	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）50mm	NSSIII 5.5型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批
7741	C03250408901002056100000006	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）25mm	NSSIII 6.0型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批

7742	C03250408901002056100000008	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）25mm	NSSIII 5.5型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批
7743	C03250408901002056100000010	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）30mm	NSSIII 6.0型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批

7744	C03250408901002056100000011	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）45mm	NSSIII 5.5型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批
7745	C03250408901002056100000015	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）20mm	NSSIII 6.0型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批

7746	C03250408901002056100000020	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）45mm	NSSIII 6.0型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批
7747	C03250408901002056100000023	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）40mm	NSSIII 6.0型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批

7748	C03250408901002056100000032	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）40mm	NSSIII 5.5型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批
7749	C03250408901002056100000033	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）35mm	NSSIII 5.5型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批

7750	C03250408901002056100000036	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）30mm	NSSIII 5.5型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批
7751	C03250408901002056100000040	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）20mm	NSSIII 5.5型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批

7752	C03250408901002056100000041	胸腰椎后路内固定系统	（侧方连接器）35mm	NSSIII 6.0型	国械注准20213130018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于胸、腰段脊柱后路内固定。	该产品由矫形钉、螺母、连接棒、椎板钩、横连器、侧方连接器部分组成。该产品采用符合GB/T13810的规定的TC4钛合金材料制成。表面经着色阳极氧化处理。交付状态为灭菌和非灭菌。灭菌产品有效期5	通过			第12批
7753	C03160900000000206850000287	增材制造长骨假体（定制）	长度：L≥30(cm)	复合固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7754	C03160900000000206850000289	增材制造长骨假体（定制）	长度：L≥30(cm)(2025-02)	定制	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7755	C03160900000000206850000291	增材制造长骨假体（定制）	长度：20≤L<25(cm)	髓外固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7756	C03160900000000206850000293	增材制造长骨假体（定制）	长度：10≤L＜15(cm)(2025-02)	定制	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7757	C03160900000000206850000294	增材制造长骨假体（定制）	长度：25≤L<30(cm)	复合固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7758	C03160900000000206850000296	增材制造长骨假体（定制）	长度：15≤L<20(cm)	髓内固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7759	C03160900000000206850000297	增材制造长骨假体（定制）	长度：4≤L<10(cm)	髓外固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7760	C03160900000000206850000298	增材制造长骨假体（定制）	长度：25≤L<30(cm)	髓外固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7761	C03160900000000206850000299	增材制造长骨假体（定制）	165mm≤L＜170mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7762	C03160900000000206850000300	增材制造长骨假体（定制）	180mm≤L＜185mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7763	C03160900000000206850000301	增材制造长骨假体（定制）	长度：20≤L<25(cm)	髓内固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7764	C03160900000000206850000302	增材制造长骨假体（定制）	长度：4≤L<10(cm)	复合固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7765	C03160900000000206850000305	增材制造长骨假体（定制）	155mm≤L＜160mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7766	C03160900000000206850000307	增材制造长骨假体（定制）	长度：20≤L<25(cm)	复合固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7767	C03160900000000206850000308	增材制造长骨假体（定制）	145mm≤L＜150mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7768	C03160900000000206850000309	增材制造长骨假体（定制）	长度：10≤L<15(cm)	复合固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7769	C03160900000000206850000310	增材制造长骨假体（定制）	长度：L≥30(cm)	髓内固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7770	C03160900000000206850000311	增材制造长骨假体（定制）	160mm≤L＜165mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7771	C03160900000000206850000312	增材制造长骨假体（定制）	185mm≤L≤190mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7772	C03160900000000206850000316	增材制造长骨假体（定制）	150mm≤L＜155mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7773	C03160900000000206850000317	增材制造长骨假体（定制）	120mm≤L＜125mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7774	C03160900000000206850000319	增材制造长骨假体（定制）	长度：L≥30(cm)	髓外固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7775	C03160900000000206850000320	增材制造长骨假体（定制）	长度：15≤L<20(cm)	复合固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7776	C03160900000000206850000321	增材制造长骨假体（定制）	140mm≤L＜145mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7777	C03160900000000206850000322	增材制造长骨假体（定制）	长度：20≤L＜25(cm)(2025-02)	定制	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7778	C03160900000000206850000324	增材制造长骨假体（定制）	135mm≤L＜140mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7779	C03160900000000206850000325	增材制造长骨假体（定制）	170mm≤L＜175mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7780	C03160900000000206850000326	增材制造长骨假体（定制）	长度：25≤L<30(cm)	髓内固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7781	C03160900000000206850000327	增材制造长骨假体（定制）	长度：25≤L＜30(cm)(2025-02)	定制	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7782	C03160900000000206850000328	增材制造长骨假体（定制）	175mm≤L＜180mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7783	C03160900000000206850000329	增材制造长骨假体（定制）	长度：4≤L<10(cm)	髓内固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7784	C03160900000000206850000332	增材制造长骨假体（定制）	长度：15≤L<20(cm)	髓外固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7785	C03160900000000206850000335	增材制造长骨假体（定制）	长度：15≤L＜20(cm)(2025-02)	定制	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7786	C03160900000000206850000336	增材制造长骨假体（定制）	长度：4≤L＜10(cm)(2025-02)	定制	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7787	C03160900000000206850000337	增材制造长骨假体（定制）	125mm≤L＜130mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7788	C03160900000000206850000338	增材制造长骨假体（定制）	长度：10≤L<15(cm)	髓内固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7789	C03160900000000206850000339	增材制造长骨假体（定制）	长度：10≤L<15(cm)	髓外固定型(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7790	C03160900000000206850000342	增材制造长骨假体（定制）	130mm≤L＜135mm	GJ(2025-02)	陕械定制备2025-02	丙类	000--	否			是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	该产品适用于四肢长骨骨干因骨折、骨肿瘤、严重骨感染，以及骨折不愈合等病理性疾病引起的骨质切除后的稳定性重建，通常重建骨干长度大于4cm。该产品可与额外的内固定装置配合使用，可以和自体骨或骨替代材料联合应用。	产品采用钛合金（TC4）材料，由选区激光熔融成型工艺制备而成。化学成分符合GB/T13810-2017中的规定。医疗机构依据患者个体的解剖学参数及手术预期功能规划手术切除范围，制定手术计划，并下达订单，经医工交互确认产品设计后，由制造商完成生产。该产品的规格依据患者个体的	通过			第12批

7791	C03200308901000100740000001	自稳定型颈椎椎间融合器	7×15×13.5（灭菌）	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7792	C0320030890100010074000002	自稳定型颈椎椎间融合器	5×15×13.5	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7793	C0320030890100010074000003	自稳定型颈椎椎间融合器	7×15×13.5	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7794	C03200308901000100740000004	自稳定型颈椎椎间融合器	12×15×13.5（灭菌）	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7795	C0320030890100010074000005	自稳定型颈椎椎间融合器	7×15×13.5	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7796	C03200308901000100740000006	自稳定型颈椎椎间融合器	5×15×13.5	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7797	C03200308901000100740000007	自稳定型颈椎椎间融合器	9×15×13.5（灭菌）	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7798	C03200308901000100740000008	自稳定型颈椎椎间融合器	10×15×13.5	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7799	C03200308901000100740000009	自稳定型颈椎椎间融合器	10×15×13.5（灭菌）	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7800	C0320030890100010074000010	自稳定型颈椎椎间融合器	8×15×13.5	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7801	C03200308901000100740000011	自稳定型颈椎椎间融合器	9×15×13.5	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7802	C0320030890100010074000012	自稳定型颈椎椎间融合器	6×15×13.5（灭菌）	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7803	C0320030890100010074000013	自稳定型颈椎椎间融合器	9×15×13.5	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7804	C0320030890100010074000014	自稳定型颈椎椎间融合器	11×15×13.5（灭菌）	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7805	C03200308901000100740000015	自稳定型颈椎椎间融合器	11×15×13.5（灭菌）	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7806	C0320030890100010074000016	自稳定型颈椎椎间融合器	11×15×13.5	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7807	C0320030890100010074000017	自稳定型颈椎椎间融合器	5×15×13.5（灭菌）	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7808	C0320030890100010074000018	自稳定型颈椎椎间融合器	12×15×13.5	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7809	C03200308901000100740000019	自稳定型颈椎椎间融合器	8×15×13.5（灭菌）	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7810	C0320030890100010074000020	自稳定型颈椎椎间融合器	12×15×13.5	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7811	C0320030890100010074000021	自稳定型颈椎椎间融合器	7×15×13.5（灭菌）	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7812	C03200308901000100740000022	自稳定型颈椎椎间融合器	9×15×13.5（灭菌）	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7813	C03200308901000100740000023	自稳定型颈椎椎间融合器	12×15×13.5（灭菌）	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7814	C0320030890100010074000024	自稳定型颈椎椎间融合器	10×15×13.5	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7815	C03200308901000100740000025	自稳定型颈椎椎间融合器	10×15×13.5（灭菌）	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7816	C0320030890100010074000026	自稳定型颈椎椎间融合器	8×15×13.5	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7817	C03200308901000100740000027	自稳定型颈椎椎间融合器	5×15×13.5（灭菌）	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7818	C03200308901000100740000028	自稳定型颈椎椎间融合器	6×15×13.5	JRH-P01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7819	C0320030890100010074000029	自稳定型颈椎椎间融合器	6×15×13.5	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7820	C03200308901000100740000030	自稳定型颈椎椎间融合器	8×15×13.5（灭菌）	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7821	C0320030890100010074000003 1	自稳定型颈椎椎间融合器	6×15×13.5（灭菌）	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7822	C03200308901000100740000032	自稳定型颈椎椎间融合器	11×15×13.5	JRH-P02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7823	C0320050890000210074000000 1	自稳定型颈椎椎间融合器-螺钉	3.8×14（灭菌）	JRH-D01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15．肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7824	C03200508900002100740000002	自稳定型颈椎椎间融合器-螺钉	3.8×18	JRH-D02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7825	C0320050890000210074000000 3	自稳定型颈椎椎间融合器-螺钉	3.8×14	JRH-D01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7826	C0320050890000210074000004	自稳定型颈椎椎间融合器-螺钉	3.8×18（灭菌）	JRH-D02	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7827	C0320050890000210074000005	自稳定型颈椎椎间融合器-螺钉	3.8×16（灭菌）	JRH-D01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7828	C0320050890000210074000006	自稳定型颈椎椎间融合器-螺钉	3.8×16	JRH-D01	国械注准20253131018	丙类	089-内固定材料类	是-国家脊柱	非中选	国采脊柱带量采购项目	是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于(C2-C7)颈椎前路椎间盘切除后颈椎的复位和稳定。	该系统由椎间融合器(包含固定板、显影钉、卡环、螺旋管、压缩弹簧、融合器)和螺钉组成。融合器采用符合YY/T0660标准要求的聚醚醚酮材料(牌号:VESTAKEEP i4 R)制成;显影钉和卡环由符合GB/T13810标准要求的TC4钛合金制造;固定板、螺钉由符合GB/T13810标准要求的TC20钛合金制成;	通过			第12批

7829	C03200308901000056100000013	自稳型颈椎椎间融合器	（带翼楔形零切迹）长度13.5mm 宽度15mm 高度7mm 角度6°	WZW-02	国械注准20243130802	丙类	089-内固定材料类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定的材料	适用于颈椎前路的椎间融合术。	本产品由椎间融合器主体、螺钉固定板、螺钉和显影针组成，其中椎间融合器主体为符合YY/T 0660规定的聚醚醚酮PEEK-OPTIMA？LT1材料制成，螺钉固定板、螺钉为符合GB/T 13810中规定的TC4ELI材料制成，显影针为符合GB/T 13810中规定的TC4ELI钛合金材料或YY/T 0966中规	通过			第12批
7830	C03290309700001089210000573	3D打印椎间融合器	12×55×18-6°	胸腰椎融合器O型-BS5107-S	国械注准20243132565	甲类	097-融合器类	否			是	3315	15. 肌肉骨骼系统手术	不含C型臂和一般X光透视	内、外固定的材料、植物止血材料	内固定耗材	该产品与同企业同系列内固定器械配合使用，需要在产品内部及周围植骨。适用于椎间融合术颈椎（C2/3-C7/T1）或胸腰骶椎（T1/2-L5/S1）椎体间的支撑与融合。	该产品由颈椎与胸腰椎融合器组成，由符合GB/T 13810规定的TC4钛合金粉末经电子束熔融快速成型技术制成。产品经辐照灭菌，无菌有效期为5年。	通过			第12批

7831	C01031700400000235010000002	一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管	DCYS-111HLP	DCYS-111HLP	沪械注准20242060339	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	膀胱电子内窥镜导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(型号:HDIS-1000)配合使用，用于通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱的检查、诊断或治疗。不可与高频配件配合使用。	由头端部、弯曲部、主软管(前三者构成插入部)、操作部、无菌套及附件组成，附件包括钳道帽、二通阀(选配)、公鲁尔接头(选配)。头端部由LED光源、工作通道口、摄像头物镜构成。操作部由控制杆、电气接口	通过			第12批
7832	C01031700400000235010000003	一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管	DCYS-101HLP	DCYS-101HLP	沪械注准20242060339	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	膀胱电子内窥镜导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(型号:HDIS-1000)配合使用，用于通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱的检查、诊断或治疗。不可与高频配件配合使用。	由头端部、弯曲部、主软管(前三者构成插入部)、操作部、无菌套及附件组成，附件包括钳道帽、二通阀(选配)、公鲁尔接头(选配)。头端部由LED光源、工作通道口、摄像头物镜构成。操作部由控制杆、电气接口	通过			第12批

7833	C01031700400000235010000004	一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管	DCYS-110HLX	DCYS-110HLX	沪械注准20242060339	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	膀胱电子内窥镜导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(型号:HDIS-1000)配合使用，用于通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱的检查、诊断或治疗。不可与高频配件配合使用。	由头端部、弯曲部、主软管(前三者构成插入部)、操作部、无菌套及附件组成，附件包括钳道帽、二通阀(选配)、公鲁尔接头(选配)。头端部由LED光源、工作通道口、摄像头物镜构成。操作部由控制杆、电气接口	通过			第12批
7834	C01031700400000235010000005	一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管	DCYS-111HLX	DCYS-111HLX	沪械注准20242060339	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	膀胱电子内窥镜导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(型号:HDIS-1000)配合使用，用于通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱的检查、诊断或治疗。不可与高频配件配合使用。	由头端部、弯曲部、主软管(前三者构成插入部)、操作部、无菌套及附件组成，附件包括钳道帽、二通阀(选配)、公鲁尔接头(选配)。头端部由LED光源、工作通道口、摄像头物镜构成。操作部由控制杆、电气接口	通过			第12批

7835	C01031700400000235010000008	一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管	DCYS-110HLP	DCYS-110HLP	沪械注准20242060339	甲类	004-导管类	否			是	311000022.01	经皮输尿管内管置入术(输尿管镜加收)		导管	膀胱电子内窥镜导管	在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器(型号:HDIS-1000)配合使用，用于通过视频监视器提供影像供尿道、膀胱的检查、诊断或治疗。不可与高频配件配合使用。	由头端部、弯曲部、主软管(前三者构成插入部)、操作部、无菌套及附件组成，附件包括钳道帽、二通阀(选配)、公鲁尔接头(选配)。头端部由LED光源、工作通道口、摄像头物镜构成。操作部由控制杆、电气接口、手柄构	通过			第12批
7836	C14080518600000120670000017	医用胶	0.5ml/支	涂抹B-Ⅰ型	赣械注准20242140112	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分未发挥药理学作用。	医用胶由粘合剂、涂抹器、安瓿管构成。粘合剂分为Ⅰ型粘合剂和Ⅱ型粘合剂，Ⅰ型粘合剂组成成分为α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-甲氧基苯酚，及阻聚剂——二氧化硫；Ⅱ型粘合剂组成成分为α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-	通过			第12批

7837	C14080518600000120670000018	医用胶	0.7ml/支	涂抹B-Ⅰ型	赣械注准20242140112	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分未发挥药理学作用。	医用胶由粘合剂、涂抹器、安瓿管构成。粘合剂分为Ⅰ型粘合剂和 II 型粘合剂，Ⅰ型粘合剂组成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂 ——对苯二酚、4-甲氧基苯酚，及阻聚剂——二氧化硫； Ⅱ型粘合剂组 成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-	通过			第12批

7838	C14080518600000120670000033	医用胶	1.0ml/支	涂抹B-Ⅰ型	赣械注准20242140112	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分未发挥药理学作用。	医用胶由粘合剂、涂抹器、安瓿管构成。粘合剂分为Ⅰ型粘合剂和 II 型粘合剂，Ⅰ型粘合剂组成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂 ——对苯二酚、4-甲氧基苯酚，及阻聚剂——二氧化硫； Ⅱ型粘合剂组 成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂——对苯二酚、4-	通过			第12批

7839	C14080518600000120670000062	医用胶	0.25ml/支	涂抹B-Ⅰ型	赣械注准20242140112	丙类	186-凝固材料类	否			是	3316	16．体被系统手术		皮肤粘合剂	皮肤粘合剂	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的粘合。所含成分未发挥药理学作用。	医用胶由粘合剂、涂抹器、安瓿管构成。粘合剂分为Ⅰ型粘合剂和 II 型粘合剂，Ⅰ型粘合剂组成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂 ——对苯二酚、4-甲氧基苯酚，及阻聚剂 ——二氧化硫； Ⅱ型粘合剂组 成成分为 α-氰基丙烯酸仲辛酯，配有微量稳定剂 ——对苯二酚、4-	通过			第12批

7840	C07110114800000143940000040	定制式活动矫治器	加斜导	MEJ-ZJ	渝械注准20202170307	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522023	恒牙期颜面不对称正畸治疗	包括：1、恒牙期由错颌引起或颜面不对称伴错颌的早期正畸治疗；2、用活动矫治器或固定矫治器	活动矫治器增加部件或其他附加装置	其他附加装置	适用于口腔正畸	支架基托型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢丝弯制的支架（唇弓和卡环）连接制成。支架扩弓型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢钢丝弯制的支架（卡环）与扩弓螺丝连接制成。膜片压制型是由齿科膜片（树脂）通过真空压膜成型	通过			第12批
7841	C14250900000001215450000009	一次性使用气管插管套件	11	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7842	C14250900000001215450000010	一次性使用气管插管套件	4.5	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7843	C14250900000001215450000011	一次性使用气管插管套件	8	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7844	C14250900000001215450000012	一次性使用气管插管套件	4.5	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7845	C14250900000001215450000013	一次性使用气管插管套件	9	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7846	C14250900000001215450000014	一次性使用气管插管套件	11	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7847	C14250900000001215450000015	一次性使用气管插管套件	5.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7848	C14250900000001215450000016	一次性使用气管插管套件	9	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7849	C14250900000001215450000017	一次性使用气管插管套件	7.5	加强型II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7850	C14250900000001215450000018	一次性使用气管插管套件	3.5	加强型II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7851	C14250900000001215450000019	一次性使用气管插管套件	2.5	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7852	C14250900000001215450000020	一次性使用气管插管套件	4	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7853	C14250900000001215450000021	一次性使用气管插管套件	7.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7854	C14250900000001215450000022	一次性使用气管插管套件	5.5	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7855	C14250900000001215450000023	一次性使用气管插管套件	11	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7856	C14250900000001215450000024	一次性使用气管插管套件	7	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7857	C14250900000001215450000025	一次性使用气管插管套件	3.5	加强型 II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7858	C14250900000001215450000026	一次性使用气管插管套件	6.5	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7859	C14250900000001215450000027	一次性使用气管插管套件	9.5	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7860	C14250900000001215450000028	一次性使用气管插管套件	9.5	加强型II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7861	C14250900000001215450000029	一次性使用气管插管套件	2	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7862	C14250900000001215450000030	一次性使用气管插管套件	6.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7863	C14250900000001215450000031	一次性使用气管插管套件	2	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7864	C14250900000001215450000032	一次性使用气管插管套件	2.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7865	C14250900000001215450000033	一次性使用气管插管套件	11	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7866	C14250900000001215450000034	一次性使用气管插管套件	8.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7867	C14250900000001215450000035	一次性使用气管插管套件	2	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7868	C14250900000001215450000036	一次性使用气管插管套件	7	加强型II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7869	C14250900000001215450000037	一次性使用气管插管套件	5.5	加强型II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7870	C14250900000001215450000038	一次性使用气管插管套件	8.5	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7871	C14250900000001215450000039	一次性使用气管插管套件	8	加强型II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7872	C14250900000001215450000040	一次性使用气管插管套件	3	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7873	C14250900000001215450000041	一次性使用气管插管套件	10.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7874	C14250900000001215450000042	一次性使用气管插管套件	3.5	加强型II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7875	C14250900000001215450000043	一次性使用气管插管套件	9	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7876	C14250900000001215450000044	一次性使用气管插管套件	2	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7877	C14250900000001215450000045	一次性使用气管插管套件	4	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7878	C14250900000001215450000046	一次性使用气管插管套件	9.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7879	C14250900000001215450000047	一次性使用气管插管套件	5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7880	C14250900000001215450000048	一次性使用气管插管套件	10	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7881	C14250900000001215450000049	一次性使用气管插管套件	5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7882	C14250900000001215450000050	一次性使用气管插管套件	4.5	加强型II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7883	C14250900000001215450000051	一次性使用气管插管套件	8	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7884	C14250900000001215450000052	一次性使用气管插管套件	10	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7885	C14250900000001215450000053	一次性使用气管插管套件	2	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7886	C14250900000001215450000054	一次性使用气管插管套件	3	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7887	C14250900000001215450000055	一次性使用气管插管套件	3	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7888	C14250900000001215450000056	一次性使用气管插管套件	3.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7889	C14250900000001215450000057	一次性使用气管插管套件	3	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7890	C14250900000001215450000058	一次性使用气管插管套件	8.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7891	C14250900000001215450000059	一次性使用气管插管套件	8.5	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7892	C14250900000001215450000060	一次性使用气管插管套件	9	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7893	C14250900000001215450000061	一次性使用气管插管套件	10	加强型 II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7894	C14250900000001215450000062	一次性使用气管插管套件	8.5	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7895	C14250900000001215450000063	一次性使用气管插管套件	7.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7896	C14250900000001215450000064	一次性使用气管插管套件	2.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7897	C14250900000001215450000065	一次性使用气管插管套件	11	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7898	C14250900000001215450000066	一次性使用气管插管套件	4.5	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7899	C14250900000001215450000067	一次性使用气管插管套件	6.5	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7900	C14250900000001215450000068	一次性使用气管插管套件	2.5	加强型II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7901	C14250900000001215450000069	一次性使用气管插管套件	3.5	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7902	C14250900000001215450000070	一次性使用气管插管套件	2.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7903	C14250900000001215450000071	一次性使用气管插管套件	3.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7904	C14250900000001215450000072	一次性使用气管插管套件	5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7905	C14250900000001215450000073	一次性使用气管插管套件	6	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7906	C14250900000001215450000074	一次性使用气管插管套件	7.5	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7907	C14250900000001215450000075	一次性使用气管插管套件	6.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7908	C14250900000001215450000076	一次性使用气管插管套件	11	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7909	C14250900000001215450000077	一次性使用气管插管套件	4.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7910	C14250900000001215450000078	一次性使用气管插管套件	6.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7911	C14250900000001215450000079	一次性使用气管插管套件	5	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7912	C14250900000001215450000080	一次性使用气管插管套件	9	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7913	C14250900000001215450000081	一次性使用气管插管套件	8	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7914	C14250900000001215450000082	一次性使用气管插管套件	3	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7915	C14250900000001215450000083	一次性使用气管插管套件	9.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7916	C14250900000001215450000084	一次性使用气管插管套件	4	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7917	C14250900000001215450000085	一次性使用气管插管套件	4.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7918	C14250900000001215450000086	一次性使用气管插管套件	10	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7919	C14250900000001215450000087	一次性使用气管插管套件	5.5	加强型 II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7920	C14250900000001215450000088	一次性使用气管插管套件	6	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7921	C14250900000001215450000089	一次性使用气管插管套件	3.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7922	C14250900000001215450000090	一次性使用气管插管套件	6	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7923	C14250900000001215450000091	一次性使用气管插管套件	7	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7924	C14250900000001215450000092	一次性使用气管插管套件	2	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7925	C14250900000001215450000093	一次性使用气管插管套件	3.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7926	C14250900000001215450000094	一次性使用气管插管套件	8	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7927	C14250900000001215450000095	一次性使用气管插管套件	5	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7928	C14250900000001215450000096	一次性使用气管插管套件	9.5	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7929	C14250900000001215450000097	一次性使用气管插管套件	7.5	加强型II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7930	C14250900000001215450000098	一次性使用气管插管套件	3	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7931	C14250900000001215450000099	一次性使用气管插管套件	7.5	加强型 II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7932	C14250900000001215450000100	一次性使用气管插管套件	4	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7933	C14250900000001215450000101	一次性使用气管插管套件	7	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7934	C14250900000001215450000102	一次性使用气管插管套件	7.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7935	C14250900000001215450000103	一次性使用气管插管套件	6	加强型 II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7936	C14250900000001215450000104	一次性使用气管插管套件	10	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7937	C14250900000001215450000105	一次性使用气管插管套件	10.5	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7938	C14250900000001215450000106	一次性使用气管插管套件	5.5	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7939	C14250900000001215450000107	一次性使用气管插管套件	6.5	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7940	C14250900000001215450000108	一次性使用气管插管套件	5	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7941	C14250900000001215450000109	一次性使用气管插管套件	11	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7942	C14250900000001215450000110	一次性使用气管插管套件	10	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7943	C14250900000001215450000111	一次性使用气管插管套件	9.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7944	C14250900000001215450000112	一次性使用气管插管套件	7	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7945	C14250900000001215450000113	一次性使用气管插管套件	7	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7946	C14250900000001215450000114	一次性使用气管插管套件	3	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7947	C14250900000001215450000115	一次性使用气管插管套件	10.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7948	C14250900000001215450000116	一次性使用气管插管套件	9.5	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7949	C14250900000001215450000117	一次性使用气管插管套件	4	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7950	C14250900000001215450000118	一次性使用气管插管套件	8	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7951	C14250900000001215450000119	一次性使用气管插管套件	6	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7952	C14250900000001215450000120	一次性使用气管插管套件	10	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7953	C14250900000001215450000121	一次性使用气管插管套件	2.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7954	C14250900000001215450000122	一次性使用气管插管套件	8.5	加强型II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7955	C14250900000001215450000123	一次性使用气管插管套件	5	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7956	C14250900000001215450000124	一次性使用气管插管套件	7.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7957	C14250900000001215450000125	一次性使用气管插管套件	4.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7958	C14250900000001215450000126	一次性使用气管插管套件	2	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7959	C14250900000001215450000127	一次性使用气管插管套件	6.5	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7960	C14250900000001215450000128	一次性使用气管插管套件	7	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7961	C14250900000001215450000129	一次性使用气管插管套件	3	加强型 II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7962	C14250900000001215450000130	一次性使用气管插管套件	9	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7963	C14250900000001215450000131	一次性使用气管插管套件	9	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7964	C14250900000001215450000132	一次性使用气管插管套件	9.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7965	C14250900000001215450000133	一次性使用气管插管套件	10.5	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7966	C14250900000001215450000134	一次性使用气管插管套件	5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7967	C14250900000001215450000135	一次性使用气管插管套件	9	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7968	C14250900000001215450000136	一次性使用气管插管套件	2.5	加强型 II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7969	C14250900000001215450000137	一次性使用气管插管套件	5.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7970	C14250900000001215450000138	一次性使用气管插管套件	6	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7971	C14250900000001215450000139	一次性使用气管插管套件	10.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7972	C14250900000001215450000140	一次性使用气管插管套件	10.5	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7973	C14250900000001215450000141	一次性使用气管插管套件	10	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7974	C14250900000001215450000142	一次性使用气管插管套件	2.5	加强型 II-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7975	C14250900000001215450000143	一次性使用气管插管套件	11	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7976	C14250900000001215450000144	一次性使用气管插管套件	8	加强型II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7977	C14250900000001215450000145	一次性使用气管插管套件	10.5	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7978	C14250900000001215450000146	一次性使用气管插管套件	4	加强型II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7979	C14250900000001215450000147	一次性使用气管插管套件	4	加强型II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7980	C14250900000001215450000148	一次性使用气管插管套件	6.5	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7981	C14250900000001215450000149	一次性使用气管插管套件	4	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7982	C14250900000001215450000150	一次性使用气管插管套件	5.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7983	C14250900000001215450000151	一次性使用气管插管套件	10.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7984	C14250900000001215450000152	一次性使用气管插管套件	8.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7985	C14250900000001215450000153	一次性使用气管插管套件	4.5	普通型 I-II	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7986	C14250900000001215450000154	一次性使用气管插管套件	7	加强型 II-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7987	C14250900000001215450000155	一次性使用气管插管套件	8	普通型 I-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7988	C14250900000001215450000156	一次性使用气管插管套件	5.5	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7989	C14250900000001215450000157	一次性使用气管插管套件	6	加强型 II-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7990	C14250900000001215450000158	一次性使用气管插管套件	8.5	普通型 I-III	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7991	C14250900000001215450000159	一次性使用气管插管套件	6	加强型 II-IV	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批

7992	C14250900000001215450000160	一次性使用气管插管套件	2	普通型 I-I	粤械注准20252080158	丙类	000--	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	供临床麻醉或急救时建立人工气道用。	本产品由气管插管、医用脱脂纱布块、一次性使用吸痰管、气管插管引导丝、医用石蜡棉球、一次性使用体外吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、球囊充启器、透气胶带、一次性使用咬口、一次性使用口垫及口腔通气道	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。		第12批
7993	C14250420900004025850000007	支气管封堵导管	BPB-L12-16015	BPB-L12-16015	苏械注准20222080945	甲类	209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴、导管固定座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次	不通过	不属于气管导管，而是支气管封堵导管		第12批

7994	C14250420900004025850000008	支气管封堵导管	BPB-L12-16010	BPB-L12-16010	苏械注准20222080945	甲类	209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴、导管固定座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌	不通过	不属于气管导管，而是支气管封堵导管		第12批
7995	C14250420900004025850000009	支气管封堵导管	BPB-L12-16005	BPB-L12-16005	苏械注准20222080945	甲类	209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴、导管固定座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌	不通过	不属于气管导管，而是支气管封堵导管		第12批

7996	C14250420900004025850000010	支气管封堵导管	BPB-L14-16010	BPB-L14-16010	苏械注准20222080945	甲类	209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴、导管固定座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌一次	不通过	不属于气管导管，而是支气管封堵导管		第12批
7997	C14250420900004025850000011	支气管封堵导管	BPB-L14-16005	BPB-L14-16005	苏械注准20222080945	甲类	209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴、导管固定座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌一次	不通过	不属于气管导管，而是支气管封堵导管		第12批

7998	C14250420900004025850000012	支气管封堵导管	BPB-L14-16015	BPB-L14-16015	苏械注准20222080945	甲类	209-气管插管类	否			是	330100013	气管插管术	指经口插管	气管导管	气管导管	适用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	支气管封堵导管由远端导向管、显影环、球囊、双腔导管、三通接头、单腔导管、密封阀、注液针头、推注器、导向接头、密封接头、鼻贴、导管固定座组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌一次	不通过	不属于气管导管，而是支气管封堵导管		第12批
7999	C07060114402002020840000019	定制式固定义齿	CQ-GH(铸瓷嵌体)	CQ-GH(压铸全瓷嵌体)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	嵌体	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

8000	C07060114402002020840000032	定制式固定义齿	CQ-GF(全瓷嵌体)	CQ-GF(切削全瓷嵌体)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	嵌体	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
8001	C07060114402002020840000046	定制式固定义齿	CQ-GF(切削全瓷嵌体)	CQ-GF(切削全瓷嵌体)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	嵌体	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

8002	C07060114409002020840000038	定制式固定义齿	CQ-GF(切削全瓷嵌体)	CQ-GF(切削全瓷嵌体)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	嵌体	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

8003	C10090300200000197050000005	动静脉瘘高压球囊扩张导管	3.0mm×20mm×80cm	LL030020A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8004	C10090300200000197050000008	动静脉瘘高压球囊扩张导管	3.0mm×100mm×80cm	LL030100A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8005	C10090300200000197050000010	动静脉瘘高压球囊扩张导管	9.0mm×30mm×80cm	LL090030A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8006	C10090300200000197050000014	动静脉瘘高压球囊扩张导管	12.0mm×20mm×80cm	LL120020A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8007	C10090300200000197050000016	动静脉瘘高压球囊扩张导管	3.0mm×30mm×50cm	LL030030B	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8008	C10090300200000197050000020	动静脉瘘高压球囊扩张导管	9.0mm×100mm×50cm	LL090100B	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8009	C10090300200000197050000025	动静脉瘘高压球囊扩张导管	9.0mm×80mm×50cm	LL090080B	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8010	C10090300200000197050000032	动静脉瘘高压球囊扩张导管	5.0mm×80mm×80cm	LL050080A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8011	C10090300200000197050000041	动静脉瘘高压球囊扩张导管	3.0mm×80mm×80cm	LL030080A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8012	C10090300200000197050000043	动静脉瘘高压球囊扩张导管	10.0mm×20mm×80cm	LL100020A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8013	C10090300200000197050000063	动静脉瘘高压球囊扩张导管	3.0mm×30mm×80cm	LL030030A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8014	C10090300200000197050000065	动静脉瘘高压球囊扩张导管	9.0mm×30mm×50cm	LL090030B	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8015	C10090300200000197050000074	动静脉瘘高压球囊扩张导管	9.0mm×60mm×50cm	LL090060B	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8016	C10090300200000197050000081	动静脉瘘高压球囊扩张导管	4.0mm×20mm×80cm	LL040020A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8017	C10090300200000197050000083	动静脉瘘高压球囊扩张导管	9.0mm×80mm×80cm	LL090080A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8018	C10090300200000197050000094	动静脉瘘高压球囊扩张导管	3.0mm×20mm×50cm	LL030020B	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8019	C10090300200000197050000096	动静脉瘘高压球囊扩张导管	3.0mm×40mm×80cm	LL030040A	国械注准20233031904	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的狭窄或堵塞病变。	该产品由末端、球囊、内腔管、显影环、双腔管、导管加强件和座组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8020	C02020500215006015540000029	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4206	DTC4206	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8021	C02020500215006015540000031	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3225	DTC3225	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8022	C02020500215006015540000032	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3020	DTC3020	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8023	C02020500215006015540000034	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4025	DTC4025	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8024	C02020500215006015540000035	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3706	DTC3706	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8025	C02020500215006015540000038	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2012	DTC2012	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8026	C02020500215006015540000039	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3206	DTC3206	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8027	C02020500215006015540000040	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC5025	DTC5025	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8028	C02020500215006015540000041	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC5030	DTC5030	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8029	C02020500215006015540000044	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC5006	DTC5006	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8030	C02020500215006015540000045	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4220	DTC4220	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8031	C02020500215006015540000047	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3725	DTC3725	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8032	C02020500215006015540000048	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3730	DTC3730	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8033	C02020500215006015540000049	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3025	DTC3025	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8034	C02020500215006015540000050	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2720	DTC2720	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8035	C02020500215006015540000053	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3530	DTC3530	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8036	C02020500215006015540000054	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4506	DTC4506	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8037	C02020500215006015540000056	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3030	DTC3030	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8038	C02020500215006015540000058	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2506	DTC2506	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8039	C02020500215006015540000059	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4230	DTC4230	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8040	C02020500215006015540000061	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3720	DTC3720	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8041	C02020500215006015540000062	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4030	DTC4030	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8042	C02020500215006015540000063	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2225	DTC2225	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8043	C02020500215006015540000064	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4210	DTC4210	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8044	C02020500215006015540000065	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2725	DTC2725	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8045	C02020500215006015540000066	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC5015	DTC5015	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8046	C02020500215006015540000067	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2220	DTC2220	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8047	C02020500215006015540000068	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2030	DTC2030	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8048	C02020500215006015540000071	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC5020	DTC5020	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8049	C02020500215006015540000073	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2020	DTC2020	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8050	C02020500215006015540000074	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4006	DTC4006	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8051	C02020500215006015540000077	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4215	DTC4215	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8052	C02020500215006015540000081	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2230	DTC2230	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8053	C02020500215006015540000087	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4520	DTC4520	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8054	C02020500215006015540000088	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2730	DTC2730	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8055	C02020500215006015540000089	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2025	DTC2025	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8056	C02020500215006015540000090	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3525	DTC3525	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8057	C02020500215006015540000091	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3220	DTC3220	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8058	C02020500215006015540000092	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2520	DTC2520	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8059	C02020500215006015540000095	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2530	DTC2530	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8060	C02020500215006015540000100	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2212	DTC2212	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8061	C02020500215006015540000101	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3230	DTC3230	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8062	C02020500215006015540000102	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2008	DTC2008	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8063	C02020500215006015540000104	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4225	DTC4225	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8064	C02020500215006015540000107	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3506	DTC3506	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8065	C02020500215006015540000109	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4020	DTC4020	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8066	C02020500215006015540000110	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4525	DTC4525	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8067	C02020500215006015540000111	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3520	DTC3520	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8068	C02020500215006015540000114	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4212	DTC4212	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8069	C02020500215006015540000115	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2525	DTC2525	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8070	C02020500215006015540000119	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2006	DTC2006	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8071	C02020500215006015540000120	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC3006	DTC3006	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8072	C02020500215006015540000121	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC2206	DTC2206	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8073	C02020500215006015540000123	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	DTC4530	DTC4530	国械注准20243032569	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品主要用于扩张冠状动脉的狭窄部分和支架后扩张，从而改善心肌供血能力和支架的贴壁效果。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成，球囊扩张导管包括管座、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊和尖端。外表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8074	C02020800215000221560000001	冠状动脉棘突球囊扩张导管	2.50×15	MCSB25015	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8075	C02020800215000221560000002	冠状动脉棘突球囊扩张导管	3.00×10	MCSB30010	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8076	C02020800215000221560000003	冠状动脉棘突球囊扩张导管	2.50×10	MCSB25010	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8077	C02020800215000221560000004	冠状动脉棘突球囊扩张导管	3.75×10	MCSB37510	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8078	C02020800215000221560000005	冠状动脉棘突球囊扩张导管	2.75×10	MCSB27510	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8079	C02020800215000221560000006	冠状动脉棘突球囊扩张导管	4.00×10	MCSB40010	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8080	C02020800215000221560000007	冠状动脉棘突球囊扩张导管	3.00×15	MCSB30015	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8081	C02020800215000221560000008	冠状动脉棘突球囊扩张导管	2.25×10	MCSB22510	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8082	C02020800215000221560000009	冠状动脉棘突球囊扩张导管	3.50×15	MCSB35015	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8083	C02020800215000221560000010	冠状动脉棘突球囊扩张导管	2.00×10	MCSB20010	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8084	C02020800215000221560000011	冠状动脉棘突球囊扩张导管	2.25×15	MCSB22515	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8085	C02020800215000221560000012	冠状动脉棘突球囊扩张导管	3.75×15	MCSB37515	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8086	C02020800215000221560000013	冠状动脉棘突球囊扩张导管	3.25×15	MCSB32515	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8087	C02020800215000221560000014	冠状动脉棘突球囊扩张导管	2.75×15	MCSB27515	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8088	C02020800215000221560000015	冠状动脉棘突球囊扩张导管	2.00×15	MCSB20015	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8089	C02020800215000221560000016	冠状动脉棘突球囊扩张导管	3.50×10	MCSB35010	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8090	C02020800215000221560000017	冠状动脉棘突球囊扩张导管	3.25×10	MCSB32510	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8091	C02020800215000221560000018	冠状动脉棘突球囊扩张导管	4.00×15	MCSB40015	国械注准20253030586	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。	本产品由导管座、海波管、远外管、内管、显影环、球囊、末端管和棘突棱组成，为Rx快速交换结构。球囊导管末端和近端底管至导丝口处表面带有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期4年。	通过			第12批

8092	C02020500215005015540000044	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3010	DSC3010	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8093	C02020500215005015540000045	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3530	DSC3530	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8094	C02020500215005015540000046	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2730	DSC2730	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8095	C02020500215005015540000048	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1712	DSC1712	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8096	C02020500215005015540000049	冠状动脉球囊扩张导管	DSC5010	DSC5010	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8097	C02020500215005015540000050	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2506	DSC2506	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8098	C02020500215005015540000051	冠状动脉球囊扩张导管	DSC5008	DSC5008	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8099	C02020500215005015540000052	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2220	DSC2220	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8100	C02020500215005015540000053	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2025	DSC2025	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8101	C02020500215005015540000054	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3006	DSC3006	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8102	C02020500215005015540000055	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2006	DSC2006	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8103	C02020500215005015540000057	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3730	DSC3730	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8104	C02020500215005015540000059	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4020	DSC4020	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8105	C02020500215005015540000060	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4008	DSC4008	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8106	C02020500215005015540000061	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2210	DSC2210	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8107	C02020500215005015540000062	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1530	DSC1530	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8108	C02020500215005015540000063	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4512	DSC4512	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8109	C02020500215005015540000064	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3710	DSC3710	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8110	C02020500215005015540000065	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4006	DSC4006	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8111	C02020500215005015540000066	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3008	DSC3008	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8112	C02020500215005015540000067	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3510	DSC3510	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8113	C02020500215005015540000068	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3025	DSC3025	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8114	C02020500215005015540000069	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2530	DSC2530	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8115	C02020500215005015540000070	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2230	DSC2230	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8116	C02020500215005015540000071	冠状动脉球囊扩张导管	DSC5020	DSC5020	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8117	C02020500215005015540000072	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1706	DSC1706	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8118	C02020500215005015540000073	冠状动脉球囊扩张导管	DSC5015	DSC5015	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8119	C02020500215005015540000075	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3030	DSC3030	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8120	C02020500215005015540000076	冠状动脉球囊扩张导管	DSC5006	DSC5006	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8121	C02020500215005015540000077	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3725	DSC3725	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8122	C02020500215005015540000078	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3230	DSC3230	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8123	C02020500215005015540000079	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1725	DSC1725	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8124	C02020500215005015540000080	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4025	DSC4025	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8125	C02020500215005015540000081	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2512	DSC2512	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8126	C02020500215005015540000082	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3208	DSC3208	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8127	C02020500215005015540000085	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1506	DSC1506	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8128	C02020500215005015540000086	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4520	DSC4520	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8129	C02020500215005015540000089	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4010	DSC4010	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8130	C02020500215005015540000090	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1206	DSC1206	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8131	C02020500215005015540000091	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2206	DSC2206	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8132	C02020500215005015540000092	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3206	DSC3206	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8133	C02020500215005015540000093	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4510	DSC4510	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8134	C02020500215005015540000094	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4506	DSC4506	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8135	C02020500215005015540000095	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2008	DSC2008	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8136	C02020500215005015540000096	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1720	DSC1720	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8137	C02020500215005015540000097	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1710	DSC1710	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8138	C02020500215005015540000098	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3215	DSC3215	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8139	C02020500215005015540000099	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1730	DSC1730	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8140	C02020500215005015540000100	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3715	DSC3715	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8141	C02020500215005015540000101	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3225	DSC3225	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8142	C02020500215005015540000102	冠状动脉球囊扩张导管	DSC5012	DSC5012	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8143	C02020500215005015540000103	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4015	DSC4015	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8144	C02020500215005015540000105	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4030	DSC4030	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8145	C02020500215005015540000106	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4515	DSC4515	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8146	C02020500215005015540000107	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2030	DSC2030	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8147	C02020500215005015540000109	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3720	DSC3720	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8148	C02020500215005015540000110	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3212	DSC3212	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8149	C02020500215005015540000111	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1508	DSC1508	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8150	C02020500215005015540000113	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2710	DSC2710	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8151	C02020500215005015540000115	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2208	DSC2208	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8152	C02020500215005015540000118	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1525	DSC1525	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8153	C02020500215005015540000119	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2225	DSC2225	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8154	C02020500215005015540000120	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3525	DSC3525	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8155	C02020500215005015540000121	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2525	DSC2525	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8156	C02020500215005015540000122	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2508	DSC2508	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8157	C02020500215005015540000123	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3520	DSC3520	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8158	C02020500215005015540000124	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4012	DSC4012	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8159	C02020500215005015540000125	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2706	DSC2706	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8160	C02020500215005015540000126	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3508	DSC3508	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8161	C02020500215005015540000127	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3506	DSC3506	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8162	C02020500215005015540000128	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2212	DSC2212	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8163	C02020500215005015540000129	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3708	DSC3708	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8164	C02020500215005015540000130	冠状动脉球囊扩张导管	DSC1512	DSC1512	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8165	C02020500215005015540000132	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3515	DSC3515	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8166	C02020500215005015540000133	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3210	DSC3210	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8167	C02020500215005015540000138	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2708	DSC2708	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8168	C02020500215005015540000139	冠状动脉球囊扩张导管	DSC4508	DSC4508	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8169	C02020500215005015540000141	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3512	DSC3512	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8170	C02020500215005015540000142	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3220	DSC3220	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8171	C02020500215005015540000145	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3712	DSC3712	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8172	C02020500215005015540000146	冠状动脉球囊扩张导管	DSC3706	DSC3706	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8173	C02020500215005015540000148	冠状动脉球囊扩张导管	DSC2725	DSC2725	国械注准20243031816	甲类	002-球囊类	是-重庆	中选	京津冀“3+N”冠脉扩张球囊带量采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于冠状动脉血管狭窄或血管内支架内扩张治疗。	该产品由球囊扩张导管和冲洗液导入头组成。球囊扩张导管包括管座、加强管、近端推杆、远端外管、远端内管、球囊、显影标记和尖端。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

8174	C02065100215018102900000169	外周刻痕球囊扩张导管	3.5mm*120mm*150mm	US141503H12	国械注进20233030387	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉与肾动脉中的狭窄，并且适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变。	该产品由球囊、导管、导管座（Y型鲁尔接头）、双刻痕丝、不透射线标记、具有测量功能的GeoAlign标记组成。导管远端涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8175	C02065100215018102900000246	外周刻痕球囊扩张导管	2.5mm*80mm*150mm	US141502H8	国械注进20233030387	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉与肾动脉中的狭窄，并且适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变。	该产品由球囊、导管、导管座（Y型鲁尔接头）、双刻痕丝、不透射线标记、具有测量功能的GeoAlign标记组成。导管远端涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8176	C02065100215018102900000247	外周刻痕球囊扩张导管	4mm*120mm*150mm	US14150412	国械注进20233030387	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉与肾动脉中的狭窄，并且适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变。	该产品由球囊、导管、导管座（Y型鲁尔接头）、双刻痕丝、不透射线标记、具有测量功能的GeoAlign标记组成。导管远端涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批

8177	C02065100215018102900000001	外周刻痕球囊扩张导管	6mm*250mm	US35130625	国械注进20233030478	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉与肾动脉中的狭窄，适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变，适用于外周血管系统中的球囊扩张支架、自扩张支架以及覆膜支架的后扩张。	该产品由球囊、导管、导管座（Y型鲁尔接头）、双刻痕丝、不透射线标记、GeoAlign标记组成。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

8178	C02065100215018102900000011	外周刻痕球囊扩张导管	4mm*250mm	US35130425	国械注进20233030478	丙类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉与肾动脉中的狭窄，适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变，适用于外周血管系统中的球囊扩张支架、自扩张支架以及覆膜支架的后扩张。	该产品由球囊、导管、导管座（Y型鲁尔接头）、双刻痕丝、不透射线标记、GeoAlign标记组成。产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

8179	C10090300200000197050000109	外周刻痕球囊扩张导管	CR60080A	CR60080A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8180	C10090300200000197050000110	外周刻痕球囊扩张导管	CR50060A	CR50060A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8181	C10090300200000197050000111	外周刻痕球囊扩张导管	CR60020A	CR60020A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胫下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8182	C10090300200000197050000112	外周刻痕球囊扩张导管	CR70040A	CR70040A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8183	C10090300200000197050000113	外周刻痕球囊扩张导管	CR50080A	CR50080A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8184	C10090300200000197050000116	外周刻痕球囊扩张导管	CR60040A	CR60040A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8185	C10090300200000197050000117	外周刻痕球囊扩张导管	CR80020A	CR80020A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8186	C10090300200000197050000119	外周刻痕球囊扩张导管	CR50040A	CR50040A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8187	C10090300200000197050000121	外周刻痕球囊扩张导管	CR80060A	CR80060A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8188	C10090300200000197050000122	外周刻痕球囊扩张导管	CR30020A	CR30020A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8189	C10090300200000197050000123	外周刻痕球囊扩张导管	CR80080A	CR80080A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8190	C10090300200000197050000124	外周刻痕球囊扩张导管	CR35060A	CR35060A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8191	C10090300200000197050000125	外周刻痕球囊扩张导管	CR40080A	CR40080A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胫下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8192	C10090300200000197050000126	外周刻痕球囊扩张导管	CR40040A	CR40040A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8193	C10090300200000197050000127	外周刻痕球囊扩张导管	CR50020A	CR50020A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8194	C10090300200000197050000128	外周刻痕球囊扩张导管	CR30060A	CR30060A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胫下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8195	C10090300200000197050000129	外周刻痕球囊扩张导管	CR35040A	CR35040A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8196	C10090300200000197050000130	外周刻痕球囊扩张导管	CR70080A	CR70080A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胫下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8197	C10090300200000197050000131	外周刻痕球囊扩张导管	CR35080A	CR35080A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胫下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8198	C10090300200000197050000132	外周刻痕球囊扩张导管	CR80040A	CR80040A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8199	C10090300200000197050000133	外周刻痕球囊扩张导管	CR30080A	CR30080A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8200	C10090300200000197050000134	外周刻痕球囊扩张导管	CR70060A	CR70060A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胫下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8201	C10090300200000197050000135	外周刻痕球囊扩张导管	CR40060A	CR40060A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8202	C10090300200000197050000136	外周刻痕球囊扩张导管	CR70020A	CR70020A	国械注准20253031210	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	本产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、胭下动脉和肾动脉内的病变，并可用于自体或人工动静脉透析瘘管狭窄的治疗。	该产品由末端、末端套管、金属网、球囊、内腔管、显影环、弹性管、近端套管、双腔管、导管加强件、座内腔管和座组成，双腔管为双腔结构。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期36个月。	通过			第12批

8203	C02062100215000118570000001	外周切割球囊	PCBP018020135	PCBP018020135	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8204	C02062100215000118570000002	外周切割球囊	PCBP017020135	PCBP017020135	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8205	C02062100215000118570000003	外周切割球囊	PCBP015020090	PCBP015020090	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8206	C02062100215000118570000004	外周切割球囊	PCBP016020050	PCBP016020050	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8207	C02062100215000118570000005	外周切割球囊	PCBP016020090	PCBP016020090	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8208	C02062100215000118570000006	外周切割球囊	PCBP015020135	PCBP015020135	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8209	C02062100215000118570000007	外周切割球囊	PCBP018020090	PCBP018020090	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8210	C02062100215000118570000008	外周切割球囊	PCBP018020050	PCBP018020050	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8211	C02062100215000118570000009	外周切割球囊	PCBP017020050	PCBP017020050	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8212	C02062100215000118570000010	外周切割球囊	PCBP016020135	PCBP016020135	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8213	C02062100215000118570000011	外周切割球囊	PCBP017020090	PCBP017020090	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8214	C02062100215000118570000012	外周切割球囊	PCBP015020050	PCBP015020050	国械注准20253031104	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。	该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

8215	C01010200215021049370000002	一次性气道球囊扩张导管	DB-16/55-23/12	DB-16/55-23/12	苏械注准20172022035	甲类	002-球囊类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		球囊	气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗。	一次性气道球囊扩张导管由连接件组件、导管、球囊、显影环、软头、支撑丝和二通旋塞组成。产品根据球囊直径和球囊有效长度的不同，共计分为12种规格。该产品以无菌状态提供，经过环氧乙烷灭菌。一次性使用。	通过			第12批

8216	C0107020021503803000000003	一次性使用鼻腔球囊导管	BNS-Ⅰ-Fr14	BNS-Ⅰ-Fr14	鲁械注准20252140205	丙类	002-球囊类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		球囊	通过充气后的气囊，压迫鼻腔出血处。	一次性使用鼻腔球囊导管由球囊、支撑管、充气管、指示气囊、单向阀、耳挂组成。其中球囊、支撑管、充气管、指示气囊、耳挂由硅橡胶制成，单向阀由硅橡胶、ABS、304不锈钢（06Cr19Ni10）制成。产品经环氧乙烷灭菌、一次性使用。	通过			第12批

8217	C0107020021503803030000007	一次性使用鼻腔球囊导管	BNS-Ⅱ-Fr14	BNS-Ⅱ-Fr14	鲁械注准20252140205	丙类	002-球囊类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		球囊	通过充气后的气囊，压迫鼻腔出血处。	一次性使用鼻腔球囊导管由球囊、支撑管、充气管、指示气囊、单向阀、耳挂组成。其中球囊、支撑管、充气管、指示气囊、耳挂由硅橡胶制成，单向阀由硅橡胶、ABS、304不锈钢（06Cr19Ni10）制成。产品经环氧乙烷灭菌、一次性使用。	通过			第12批

8218	C01020300215024110810000001	一次性使用肠套叠复位扩张球囊	FWB-Ⅰ	FWB-Ⅰ	鄂械注准20242145108	甲类	002-球囊类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		球囊	供婴幼儿肠套叠B超监测下诊断及水压灌肠复位时使用。	产品由灌肠器、球囊充起器、镊子、无纺布组成。其中灌肠器由进水管、注水球、连接管、调压控制装置、手柄、灌肠器外壳、压力表、排泄口、排泄管、充水口、肛门管、球囊组成。	通过			第12批

8219	C01020300215026049370000004	一次性使用三级球囊扩张导管	MBD-1255-23	MBD-1255-23	苏械注准20162021000	甲类	002-球囊类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		球囊	适用于临床内窥镜下对消化道狭窄的扩张。	一次性使用三级球囊扩张导管由连接件组件、双腔管、球囊和软头组成。产品根据球囊直径不同分为6种规格，根据球囊长度的不同尺寸分为3种规格，根据导管长度的不同分为2种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

8220	C01020400215030049370000002	一次性使用三级球囊扩张导管	MBD-1055-18	MBD-1055-18	苏械注准20162021000	甲类	002-球囊类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		球囊	适用于临床内窥镜下对消化道狭窄的扩张。	一次性使用三级球囊扩张导管由连接件组件、双腔管、球囊和软头组成。产品根据球囊直径不同分为6种规格，根据球囊长度的不同尺寸分为3种规格，根据导管长度的不同分为2种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

8221	C01030300215032076550000002	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件	RB-UB-NF505060NBU00000*000	RB-UB-NF505060NBU00000*000	湘械注准20202140485	甲类	002-球囊类	否			是	311000024	经膀胱镜输尿管扩张术		球囊	球囊	用于输尿管狭窄的经腔扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件由球囊、显影环、导管、导管座、鲁尔接头、导丝、配药用注射器、压力泵、三通阀组成，球囊及导丝表面覆有亲水涂层。球囊由Pebax制成；导管由Pebax制成；导管座由PC制成；显影环由不锈钢制成；鲁尔接头由ABS制成；导丝由聚氨酯和镍钛合	通过			第12批

8222	C01030300215032076550000003	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件	RB-UB-NF505060Y	RB-UB-NF505060Y	湘械注准20202140485	甲类	002-球囊类	否			是	311000024	经膀胱镜输尿管扩张术		球囊	球囊	用于输尿管狭窄的经腔扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件由球囊、显影环、导管、导管座、鲁尔接头、导丝、配药用注射器、压力泵、三通阀组成，球囊及导丝表面覆有亲水涂层。球囊由Pebax制成；导管由Pebax制成；导管座由PC制成；显影环由不锈钢制成；鲁尔接头由ABS制成；导丝由聚氨酯和镍钛合	通过			第12批

8223	C01030300215032076550000004	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件	RB-UB-SF405060Y	RB-UB-SF405060Y	湘械注准20202140485	甲类	002-球囊类	否			是	311000024	经膀胱镜输尿管扩张术		球囊	球囊	用于输尿管狭窄的经腔扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件由球囊、显影环、导管、导管座、鲁尔接头、导丝、配药用注射器、压力泵、三通阀组成，球囊及导丝表面覆有亲水涂层。球囊由Pebax制成；导管由Pebax制成；导管座由PC制成；显影环由不锈钢制成；鲁尔接头由ABS制成；导丝由聚氨酯和镍钛合	通过			第12批

8224	C01030300215032076550000005	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件	RB-UB-SF305060Y	RB-UB-SF305060Y	湘械注准20202140485	甲类	002-球囊类	否			是	311000024	经膀胱镜输尿管扩张术		球囊	球囊	用于输尿管狭窄的经腔扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件由球囊、显影环、导管、导管座、鲁尔接头、导丝、配药用注射器、压力泵、三通阀组成，球囊及导丝表面覆有亲水涂层。球囊由Pebax制成；导管由Pebax制成；导管座由PC制成；显影环由不锈钢制成；鲁尔接头由ABS制成；导丝由聚氨酯和镍钛合	通过			第12批

8225	C01030300215033076550000001	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件	RB-UB-SF305060N	RB-UB-SF305060N	湘械注准20202140485	甲类	002-球囊类	否			是	311000024	经膀胱镜输尿管扩张术		球囊	球囊	用于输尿管狭窄的经腔扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件由球囊、显影环、导管、导管座、鲁尔接头、导丝、配药用注射器、压力泵、三通阀组成，球囊及导丝表面覆有亲水涂层。球囊由Pebax制成；导管由Pebax制成；导管座由PC制成；显影环由不锈钢制成；鲁尔接头由ABS制成；导丝由聚氨酯和镍钛合	通过			第12批

8226	C01030300215033076550000010	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件	RB-UB-SF405060N	RB-UB-SF405060N	湘械注准20202140485	甲类	002-球囊类	否			是	311000024	经膀胱镜输尿管扩张术		球囊	球囊	用于输尿管狭窄的经腔扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件由球囊、显影环、导管、导管座、鲁尔接头、导丝、配药用注射器、压力泵、三通阀组成，球囊及导丝表面覆有亲水涂层。球囊由Pebax制成；导管由Pebax制成；导管座由PC制成；显影环由不锈钢制成；鲁尔接头由ABS制成；导丝由聚氨酯和镍钛合	通过			第12批

8227	C01030300215033076550000011	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件	RB-UB-NF505060N	RB-UB-NF505060N	湘械注准20202140485	甲类	002-球囊类	否			是	311000024	经膀胱镜输尿管扩张术		球囊	球囊	用于输尿管狭窄的经腔扩张，或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张。	一次性使用输尿管扩张球囊导管及附件由球囊、显影环、导管、导管座、鲁尔接头、导丝、配药用注射器、压力泵、三通阀组成，球囊及导丝表面覆有亲水涂层。球囊由Pebax制成；导管由Pebax制成；导管座由PC制成；显影环由不锈钢制成；鲁尔接头由ABS制成；导丝由聚氨酯和镍钛合	通过			第12批

8228	C01020300215024104950000001	一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包-肠道球囊	FWB-I	FWB-I	粤械注准20172140908	甲类	002-球囊类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		球囊	供婴幼儿肠套叠B超监测下诊断及水压灌肠复位时使用。	产品由灌肠器、球囊充起器、镊子、无纺布组成。其中灌肠器由进水管、注水球、连接管、调压控制装置、手柄、灌肠器外壳、压力表、排泄口、排泄管、充水口、肛门管、球囊组成。	不通过	特殊医用消耗材料中的球囊类是机械扩张狭窄管腔，该产品组成是肛门密封防漏。		第12批

8229	C02020500215001022610000001	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM27540	CAM27540	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8230	C02020500215001022610000002	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM20020	CAM20020	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8231	C02020500215001022610000003	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM27520	CAM27520	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8232	C02020500215001022610000004	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM27530	CAM27530	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8233	C02020500215001022610000005	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM25020	CAM25020	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8234	C02020500215001022610000006	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM20040	CAM20040	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8235	C02020500215001022610000007	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM22520	CAM22520	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8236	C02020500215001022610000008	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM27535	CAM27535	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8237	C02020500215001022610000009	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM20025	CAM20025	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8238	C02020500215001022610000010	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM22525	CAM22525	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8239	C02020500215001022610000011	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM27510	CAM27510	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8240	C02020500215001022610000012	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM22510	CAM22510	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8241	C02020500215001022610000013	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM20035	CAM20035	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8242	C02020500215001022610000014	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM25025	CAM25025	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8243	C02020500215001022610000015	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM22515	CAM22515	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8244	C02020500215001022610000016	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM27525	CAM27525	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8245	C02020500215001022610000017	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM25035	CAM25035	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8246	C02020500215001022610000018	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM25010	CAM25010	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8247	C02020500215001022610000019	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM25015	CAM25015	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8248	C02020500215001022610000020	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM22540	CAM22540	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8249	C02020500215001022610000021	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM20010	CAM20010	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8250	C02020500215001022610000022	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM27515	CAM27515	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8251	C02020500215001022610000023	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM25040	CAM25040	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8252	C02020500215001022610000024	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM22535	CAM22535	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8253	C02020500215001022610000025	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM20030	CAM20030	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8254	C02020500215001022610000026	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM22530	CAM22530	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8255	C02020500215001022610000027	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM20015	CAM20015	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8256	C02020500215001022610000028	紫杉醇释放冠脉球囊扩张导管	CAM25030	CAM25030	国械注准20243032434	甲类	002-球囊类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		球囊	该产品适用于血管直径≥2.0mm且≤2.75mm的原发冠状动脉血管病变治疗。	该产品为快速交换（Rx）型球囊扩张导管，由药物涂层球囊、远端轴杆、导丝口、近端轴杆、导管座、不透射线标识环组成。球囊表面的药物涂层所含药物为紫杉醇，剂量为3.3ug/mm2，载药基质为硬脂酸镁，远端轴杆涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年	通过			第12批

8257	C01030901900000104950000001	一次性使用内窥镜取石篮	QSG-08-30120	QSG-08-30120	粤械注准20242021109	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		取石网篮	供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	一次性使用内窥镜取石篮由推进器、外鞘管、封堵篮组成。	通过			第12批

8258	C01030901900000104950000002	一次性使用内窥镜取石篮	QSG-06-30120	QSG-06-30120	粤械注准20242021109	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		取石网篮	供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	一次性使用内窥镜取石篮由推进器、外鞘管、封堵篮组成。	通过			第12批

8259	C01030901900000104950000003	一次性使用内窥镜取石篮	QSG-15-30120	QSG-15-30120	粤械注准20242021109	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		取石网篮	供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	一次性使用内窥镜取石篮由推进器、外鞘管、封堵篮组成。	通过			第12批

8260	C01030901900000104950000004	一次性使用内窥镜取石篮	QSG-10-30120	QSG-10-30120	粤械注准20242021109	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		取石网篮	供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	一次性使用内窥镜取石篮由推进器、外鞘管、封堵篮组成。	通过			第12批

8261	C01030901900000104950000005	一次性使用内窥镜取石篮	QSG-12-30120	QSG-12-30120	粤械注准20242021109	丙类	019-网篮类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		取石网篮	供泌尿诊疗时在内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用。	一次性使用内窥镜取石篮由推进器、外鞘管、封堵篮组成。	通过			第12批

8262	C02063606700000002060000001	腔静脉滤器回收套件	单环滤器回收套件	380911120	国械注进20243030271	丙类	067-回收装置类	否			是	330804072	血管内滤器转换术	消毒铺巾、麻醉、穿刺置鞘，造影定位，植入导丝，更换导管，植入抓捕器，抓捕倒勾，解除锁定，拉出锁扣，再次造影确认，拔出鞘管，压迫止血。	圈套器	圈套器	该产品用于经皮经颈静脉方法取出医学上不再需要的、可回收的下腔静脉（IVC）滤器。	该产品包括单环滤器回收套件和三环滤器回收套件。由内鞘、外鞘、扩张器、带侧路的止血阀、三通高压旋塞阀、单环圈套器或三环圈套器、圈套器输送导管、Y型连接器、封堵帽、扭矩手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品	通过			第12批
8263	C02063606700000002060000002	腔静脉滤器回收套件	三环滤器回收套件	380911330	国械注进20243030271	丙类	067-回收装置类	否			是	330804072	血管内滤器转换术	消毒铺巾、麻醉、穿刺置鞘，造影定位，植入导丝，更换导管，植入抓捕器，抓捕倒勾，解除锁定，拉出锁扣，再次造影确认，拔出鞘管，压迫止血。	圈套器	圈套器	该产品用于经皮经颈静脉方法取出医学上不再需要的、可回收的下腔静脉（IVC）滤器。	该产品包括单环滤器回收套件和三环滤器回收套件。由内鞘、外鞘、扩张器、带侧路的止血阀、三通高压旋塞阀、单环圈套器或三环圈套器、圈套器输送导管、Y型连接器、封堵帽、扭矩手柄组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品	通过			第12批

8264	C07020508101000148040000016	骨填充材料	0.25mm~1.0mm，0.3g/瓶	SBS-A1	国械注准20233171973	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	人工骨及骨代用品	适用于颌面非承重部位骨缺损填充；与屏障膜联合使用，用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺	该产品主要组成成分为羟基磷灰石，是采用牛松质骨为原料加工而成的骨填充材料。产品经辐射灭菌，无菌提供，一次性使用，有效期4年。	通过			第12批
8265	C07020508101000148040000019	骨填充材料	0.25mm~1.0mm，0.5g/瓶	SBS-A1	国械注准20233171973	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	人工骨及骨代用品	适用于颌面非承重部位骨缺损填充；与屏障膜联合使用，用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺	该产品主要组成成分为羟基磷灰石，是采用牛松质骨为原料加工而成的骨填充材料。产品经辐射灭菌，无菌提供，一次性使用，有效期4年。	通过			第12批
8266	C07020508101000148040000023	骨填充材料	1.0mm~2.0mm，0.5g/瓶	SBS-A2	国械注准20233171973	丙类	081-修复材料类	否			是	330609	口腔种植手术		人工骨及骨代用品	人工骨及骨代用品	适用于颌面非承重部位骨缺损填充；与屏障膜联合使用，用于口腔科手术的骨缺损修复，包括：拔牙后及残根拔除术后拔牙窝填充、牙槽嵴恢复、牙周疾病引起的牙槽骨缺	该产品主要组成成分为羟基磷灰石，是采用牛松质骨为原料加工而成的骨填充材料。产品经辐射灭菌，无菌提供，一次性使用，有效期4年。	通过			第12批

8267	C03440610702002182280000109	髋关节假体系统-髋臼内衬	XE32/48B	XE32/48B	国械注准20233131620	甲类	107-人工关节类	是-国家	中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业同一系列组件配合使用，适用于全髋关节置换术。	该产品由股骨柄、髋臼杯、髋臼内衬、髋臼螺钉等部件组成，髋臼杯由髋臼外杯和孔塞组成。股骨柄、髋臼外杯表面喷涂纯钛和羟基磷灰石双涂层。股骨柄、髋臼外杯基体由符合YY 0117.1规定的TC4锻造钛合金材料制成，钛涂层由符合ASTM F1580规定的纯钛材料制成，羟基磷灰石涂层符	通过			第12批

8268	C03440610702002182280000110	髋关节假体系统-髋臼内衬	XE36/52B	XE36/52B	国械注准20233131620	甲类	107-人工关节类	是-国家	中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业同一系列组件配合使用，适用于全髋关节置换术。	该产品由股骨柄、髋臼杯、髋臼内衬、髋臼螺钉等部件组成，髋臼杯由髋臼外杯和孔塞组成。股骨柄、髋臼外杯表面喷涂纯钛和羟基磷灰石双涂层。股骨柄、髋臼外杯基体由符合YY 0117.1规定的TC4锻造钛合金材料制成，钛涂层由符合ASTM F1580规定的纯钛材料制成，羟基磷灰石涂层符	通过			第12批

8269	C03440610702002182280000111	髋关节假体系统-髋臼内衬	XE36/54B	XE36/54B	国械注准20233131620	甲类	107-人工关节类	是-国家	中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业同一系列组件配合使用，适用于全髋关节置换术。	该产品由股骨柄、髋臼杯、髋臼内衬、髋臼螺钉等部件组成，髋臼杯由髋臼外杯和孔塞组成。股骨柄、髋臼外杯表面喷涂纯钛和羟基磷灰石双涂层。股骨柄、髋臼外杯基体由符合YY 0117.1规定的TC4锻造钛合金材料制成，钛涂层由符合ASTM F1580规定的纯钛材料制成，羟基磷灰石涂层符	通过			第12批

8270	C03451010704004146320000001	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.64mm	H6-037-264	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8271	C03451010704004146320000002	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.62mm	H6-037-462	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8272	C03451010704004146320000003	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.46mm	H6-037-246	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8273	C03451010704004146320000004	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.68mm	H6-037-468	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8274	C03451010704004146320000005	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.58mm	H6-037-258	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8275	C03451010704004146320000006	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.56mm	H6-037-256	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8276	C03451010704004146320000007	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.68mm	H6-037-268	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8277	C03451010704004146320000008	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.60mm	H6-037-460	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8278	C03451010704004146320000009	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.60mm	H6-037-260	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8279	C03451010704004146320000010	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.62mm	H6-037-262	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8280	C03451010704004146320000011	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.66mm	H6-037-466	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8281	C03451010704004146320000012	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.50mm	H6-037-450	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8282	C03451010704004146320000013	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.64mm	H6-037-464	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8283	C03451010704004146320000014	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.48mm	H6-037-248	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8284	C03451010704004146320000015	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.44mm	H6-037-244	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8285	C03451010704004146320000016	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.52mm	H6-037-252	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8286	C03451010704004146320000017	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.70mm	H6-037-470	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8287	C03451010704004146320000018	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.48mm	H6-037-448	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8288	C03451010704004146320000019	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.52mm	H6-037-452	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8289	C03451010704004146320000020	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.58mm	H6-037-458	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8290	C03451010704004146320000021	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.54mm	H6-037-254	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8291	C03451010704004146320000022	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.50mm	H6-037-250	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8292	C03451010704004146320000023	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.56mm	H6-037-456	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8293	C03451010704004146320000024	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.28mm,O.D.54mm	H6-037-454	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8294	C03451010704004146320000025	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.66mm	H6-037-266	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8295	C03451010704004146320000026	人工髋关节-超高分子量聚乙烯髋臼内衬	浸入式,10°,I.D.26mm,O.D.70mm	H6-037-270	国械注准20213131078	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与本企业同一系列组件配合使用，用于髋关节置换。	人工髋关节由钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯、超高分子量聚乙烯髋臼内衬组成。其中钛珠烧结涂层股骨柄、钛珠烧结涂层髋臼外杯基材是由符合GB/T 13810标准的锻造钛合金（TC4ELI）制成，钛珠烧结涂层由符合ASTM F1580标准的纯钛材料制成。超高分子量聚乙烯髋臼内衬	通过			第12批

8296	C03410310700000051190002426	膝关节假体-骨干延长段	90mm(L)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8297	C03410310700000051190002427	膝关节假体-骨干延长段	长度160mmR	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8298	C03410310700000051190002428	膝关节假体-骨干延长段	长度：120mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8299	C03410310700000051190002429	膝关节假体-骨干延长段	长度110mmL	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8300	C03410310700000051190002431	膝关节假体-骨干延长段	50mm(L)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8301	C03410310700000051190002432	膝关节假体-骨干延长段	长度：100mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8302	C03410310700000051190002433	膝关节假体-骨干延长段	70mm(L)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8303	C03410310700000051190002434	膝关节假体-骨干延长段	长度120mmL	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8304	C03410310700000051190002435	膝关节假体-骨干延长段	长度140mmL	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8305	C03410310700000051190002436	膝关节假体-骨干延长段	60mm(L)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8306	C0341031070000005119002438	膝关节假体-骨干延长段	长度：160mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8307	C03410310700000051190002439	膝关节假体-骨干延长段	长度：60mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8308	C03410310700000051190002441	膝关节假体-骨干延长段	长度150mmL	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8309	C03410310700000051190002442	膝关节假体-骨干延长段	长度130mmR	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8310	C03410310700000051190002443	膝关节假体-骨干延长段	长度：50mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8311	C03410310700000051190002444	膝关节假体-骨干延长段	长度150mmR	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8312	C03410310700000051190002445	膝关节假体-骨干延长段	30mm(L)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8313	C03410310700000051190002446	膝关节假体-骨干延长段	30mm(R)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8314	C0341031070000005119002449	膝关节假体-骨干延长段	40mm(L)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8315	C03410310700000051190002450	膝关节假体-骨干延长段	80mm(R)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8316	C03410310700000051190002452	膝关节假体-骨干延长段	60mm(R)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8317	C03410310700000051190002453	膝关节假体-骨干延长段	长度：140mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8318	C03410310700000051190002456	膝关节假体-骨干延长段	90mm(R)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8319	C03410310700000051190002457	膝关节假体-骨干延长段	长度：30mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8320	C03410310700000051190002458	膝关节假体-骨干延长段	长度100mmL	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8321	C03410310700000051190002459	膝关节假体-骨干延长段	长度110mmR	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8322	C03410310700000051190002460	膝关节假体-骨干延长段	长度130mmL	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8323	C03410310700000051190002461	膝关节假体-骨干延长段	50mm(R)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8324	C0341031070000005119000246 3	膝关节假体-骨干延长段	长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)，可分左右(L/R)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8325	C0341031070000005119000246 5	膝关节假体-骨干延长段	长度：40mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8326	C03410310700000051190002466	膝关节假体-骨干延长段	长度：80mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8327	C0341031070000005119000246	膝关节假体-骨干延长段	长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8328	C03410310700000051190002468	膝关节假体-骨干延长段	长度140mmR	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8329	C03410310700000051190002469	膝关节假体-骨干延长段	长度100mmR	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8330	C03410310700000051190002472	膝关节假体-骨干延长段	长度：70mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8331	C03410310700000051190002473	膝关节假体-骨干延长段	40mm(R)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8332	C03410310700000051190002475	膝关节假体-骨干延长段	长度120mmR	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8333	C03410310700000051190002476	膝关节假体-骨干延长段	70mm(R)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8334	C03410310700000051190002477	膝关节假体-骨干延长段	长度160mmL	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8335	C0341031070000005119002478	膝关节假体-骨干延长段	长度：200mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8336	C0341031070000005119000247 9	膝关节假体-骨干延长段	长度：180mm	XR M01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8337	C03410310700000051190002480	膝关节假体-骨干延长段	80mm(L)	XR M02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8338	C03410510700000051190000021	膝关节假体-股骨髁	1#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8339	C03410510700000051190000022	膝关节假体-股骨髁	1#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8340	C03410510700000051190000023	膝关节假体-股骨髁	1#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8341	C03410510700000051190000024	膝关节假体-股骨髁	1#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8342	C03410510700000051190000025	膝关节假体-股骨髁	2#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8343	C03410510700000051190000026	膝关节假体-股骨髁	2#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8344	C03410510700000051190000027	膝关节假体-股骨髁	2#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8345	C03410510700000051190000028	膝关节假体-股骨髁	2#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8346	C03410510700000051190000029	膝关节假体-股骨髁	3#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8347	C03410510700000051190000030	膝关节假体-股骨髁	3#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8348	C03410510700000051190000031	膝关节假体-股骨髁	3#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8349	C03410510700000051190000032	膝关节假体-股骨髁	3#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8350	C03410510700000051190000033	膝关节假体-股骨髁	4#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8351	C03410510700000051190000034	膝关节假体-股骨髁	4#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8352	C03410510700000051190000035	膝关节假体-股骨髁	4#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8353	C03410510700000051190000036	膝关节假体-股骨髁	4#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8354	C03410510700000051190000037	膝关节假体-股骨髁	5#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8355	C03410510700000051190000038	膝关节假体-股骨髁	5#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8356	C03410510700000051190000039	膝关节假体-股骨髁	5#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8357	C03410510700000051190000040	膝关节假体-股骨髁	5#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8358	C03410510700000051190000041	膝关节假体-股骨髁	M1#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8359	C03410510700000051190000042	膝关节假体-股骨髁	M1#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8360	C03410510700000051190000043	膝关节假体-股骨髁	M1#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8361	C03410510700000051190000044	膝关节假体-股骨髁	M1#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8362	C03410510700000051190000045	膝关节假体-股骨髁	M2#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8363	C0341051070000005119000004 6	膝关节假体-股骨髁	M2#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8364	C03410510700000051190000047	膝关节假体-股骨髁	M2#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8365	C03410510700000051190000048	膝关节假体-股骨髁	M2#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8366	C03410510700000051190000049	膝关节假体-股骨髁	M3#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8367	C03410510700000051190000050	膝关节假体-股骨髁	M3#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8368	C03410510700000051190000051	膝关节假体-股骨髁	M3#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8369	C03410510700000051190000052	膝关节假体-股骨髁	M3#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8370	C03410510700000051190000053	膝关节假体-股骨髁	M4#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8371	C03410510700000051190000054	膝关节假体-股骨髁	M4#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8372	C03410510700000051190000055	膝关节假体-股骨髁	M4#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8373	C03410510700000051190000056	膝关节假体-股骨髁	M4#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8374	C0341051070000005119000005 7	膝关节假体-股骨髁	M5#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8375	C03410510700000051190000058	膝关节假体-股骨髁	M5#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8376	C03410510700000051190000059	膝关节假体-股骨髁	M5#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8377	C03410510700000051190000060	膝关节假体-股骨髁	M5#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8378	C03410510700000051190000061	膝关节假体-股骨髁	S1#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8379	C03410510700000051190000062	膝关节假体-股骨髁	S1#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8380	C03410510700000051190000063	膝关节假体-股骨髁	S1#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8381	C03410510700000051190000064	膝关节假体-股骨髁	S1#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8382	C03410510700000051190000065	膝关节假体-股骨髁	S2#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8383	C03410510700000051190000066	膝关节假体-股骨髁	S2#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8384	C03410510700000051190000067	膝关节假体-股骨髁	S2#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8385	C03410510700000051190000068	膝关节假体-股骨髁	S2#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8386	C03410510700000051190000069	膝关节假体-股骨髁	S3#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8387	C03410510700000051190000070	膝关节假体-股骨髁	S3#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8388	C03410510700000051190000071	膝关节假体-股骨髁	S3#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8389	C03410510700000051190000072	膝关节假体-股骨髁	S3#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8390	C03410510700000051190000073	膝关节假体-股骨髁	S4#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8391	C03410510700000051190000074	膝关节假体-股骨髁	S4#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8392	C03410510700000051190000075	膝关节假体-股骨髁	S4#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8393	C03410510700000051190000076	膝关节假体-股骨髁	S4#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8394	C03410510700000051190000077	膝关节假体-股骨髁	S5#L	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8395	C03410510700000051190000078	膝关节假体-股骨髁	S5#L	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8396	C03410510700000051190000079	膝关节假体-股骨髁	S5#R	XR A301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8397	C03410510700000051190000080	膝关节假体-股骨髁	S5#R	XR A302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8398	C03410610700000051190000139	膝关节假体-胫骨托	M3#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8399	C03410610700000051190000140	膝关节假体-胫骨托	5#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8400	C03410610700000051190000141	膝关节假体-胫骨托	1#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8401	C03410610700000051190000143	膝关节假体-胫骨托	M5#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8402	C03410610700000051190000144	膝关节假体-胫骨托	M5#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8403	C03410610700000051190000145	膝关节假体-胫骨托	S5#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8404	C03410610700000051190000146	膝关节假体-胫骨托	5#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8405	C03410610700000051190000147	膝关节假体-胫骨托	M1#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8406	C03410610700000051190000148	膝关节假体-胫骨托	3#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8407	C03410610700000051190000149	膝关节假体-胫骨托	S4#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8408	C03410610700000051190000150	膝关节假体-胫骨托	M4#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8409	C03410610700000051190000151	膝关节假体-胫骨托	S3#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8410	C03410610700000051190000152	膝关节假体-胫骨托	M1#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8411	C03410610700000051190000153	膝关节假体-胫骨托	S2#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8412	C03410610700000051190000154	膝关节假体-胫骨托	2#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8413	C03410610700000051190000155	膝关节假体-胫骨托	S2#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8414	C03410610700000051190000156	膝关节假体-胫骨托	M3#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8415	C03410610700000051190000157	膝关节假体-胫骨托	S4#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8416	C03410610700000051190000158	膝关节假体-胫骨托	2#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8417	C03410610700000051190000159	膝关节假体-胫骨托	S1#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8418	C03410610700000051190000160	膝关节假体-胫骨托	1#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8419	C03410610700000051190000161	膝关节假体-胫骨托	4#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8420	C03410610700000051190000162	膝关节假体-胫骨托	M2#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8421	C03410610700000051190000163	膝关节假体-胫骨托	M4#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8422	C03410610700000051190000164	膝关节假体-胫骨托	4#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8423	C03410610700000051190000165	膝关节假体-胫骨托	S3#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8424	C03410610700000051190000166	膝关节假体-胫骨托	S1#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8425	C03410610700000051190000167	膝关节假体-胫骨托	M2#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8426	C03410610700000051190000168	膝关节假体-胫骨托	S5#	XR B302	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8427	C03410610700000051190000261	膝关节假体-胫骨托	3#	XR B301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8428	C03410710700000051190003813	膝关节假体-胫骨垫	4#/16mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8429	C0341071070000005119000381 4	膝关节假体-胫骨垫	1#/20mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8430	C03410710700000051190003815	膝关节假体-胫骨垫	5#/20mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8431	C0341071070000005119000381 6	膝关节假体-胫骨垫	5#/13mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8432	C0341071070000005119000381 7	膝关节假体-胫骨垫	5#/16mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8433	C0341071070000005119000381 8	膝关节假体-胫骨垫	1#/13mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8434	C0341071070000005119000381 9	膝关节假体-胫骨垫	4#/13mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8435	C03410710700000051190003820	膝关节假体-胫骨垫	4#/20mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8436	C0341071070000005119000382 1	膝关节假体-胫骨垫	2#/11mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8437	C0341071070000005119000382	膝关节假体-胫骨垫	2#/13mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8438	C03410710700000051190003823	膝关节假体-胫骨垫	3#/13mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8439	C03410710700000051190003824	膝关节假体-胫骨垫	2#/16mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8440	C03410710700000051190003825	膝关节假体-胫骨垫	3#/11mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8441	C0341071070000005119000382 6	膝关节假体-胫骨垫	3#/16mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8442	C03410710700000051190003827	膝关节假体-胫骨垫	4#/11mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8443	C0341071070000005119000382 9	膝关节假体-胫骨垫	1#/16mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8444	C03410710700000051190003830	膝关节假体-胫骨垫	5#/11mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8445	C03410710700000051190003831	膝关节假体-胫骨垫	2#/20mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8446	C03410710700000051190003832	膝关节假体-胫骨垫	1#/11mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8447	C03410710700000051190003833	膝关节假体-胫骨垫	3#/20mm	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8448	C0341071070000005119000496	膝关节假体-胫骨垫	S1#、M1#、1#、S2#、M2#、2#、S3#、M3#、3#、S4#、M4#、4#、S5#、M5#、5#，厚度6~30mm(每隔1mm为一个规格)	XR C301	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8449	C03410810701001051190123088	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：13mm,长度：120mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8450	C03410810701001051190123093	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：11mm,长度：150mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8451	C03410810701001051190123094	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：13mm,长度：180mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8452	C03410810701001051190123095	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：11mm,长度：120mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8453	C03410810701001051190123097	膝关节假体-髓腔延长柄	直径14mm,长度60mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8454	C03410810701001051190123098	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：9mm,长度：110mm	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8455	C03410810701001051190123099	膝关节假体-髓腔延长柄	直径7mm~30mm(每隔1mm为一个规格)，长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格),可分左右	XR D04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8456	C03410810701001051190123101	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：12mm,长度：150mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8457	C03410810701001051190123103	膝关节假体-髓腔延长柄	直径7mm~30mm(每隔1mm为一个规格)，长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格),可分左右	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8458	C03410810701001051190123105	膝关节假体-髓腔延长柄	直径7mm~30mm(每隔1mm为一个规格)，长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格),可分左右	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8459	C03410810701001051190123107	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：10mm,长度：90mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8460	C03410810701001051190123109	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：14mm,长度：150mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8461	C0341081070100105119012311 0	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：11mm,长度：150mm	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8462	C03410810701001051190123116	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：11mm,长度：180mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8463	C03410810701001051190123117	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：12mm,长度：180mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8464	C03410810701001051190123119	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：10mm,长度：125mm	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8465	C0341081070100105119012312 1	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：14mm,长度：180mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8466	C03410810701001051190123122	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：12mm,长度：110mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8467	C03410810701001051190123123	膝关节假体-髓腔延长柄	直径14mm,长度40mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8468	C03410810701001051190123124	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：13mm,长度：120mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8469	C03410810701001051190123126	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：14mm,长度：150mm	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8470	C03410810701001051190123127	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：9mm，长度：110mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8471	C03410810701001051190123129	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：13mm,长度：150mm	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8472	C03410810701001051190123130	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：10mm,长度：125mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8473	C03410810701001051190123131	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：11mm,长度：100mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8474	C03410810701001051190123132	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：12mm,长度：120mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8475	C03410810701001051190123133	膝关节假体-髓腔延长柄	直径7mm~30mm(每隔1mm为一个规格)，长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格),可分左右	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8476	C03410810701001051190123135	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：13mm,长度：150mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8477	C03410810701001051190123136	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：11mm,长度：120mm	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8478	C0341081070100105119012313 7	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：12mm,长度：120mm	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8479	C03410810701001051190123141	膝关节假体-髓腔延长柄	直径：12mm,长度：150mm	XR D01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8480	C03410810701001051190123186	膝关节假体-髓腔延长柄	直径9mm，长度120mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8481	C0341081070100105119012318 7	膝关节假体-髓腔延长柄	直径15mm，长度150mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8482	C03410810701001051190123188	膝关节假体-髓腔延长柄	直径10mm，长度150mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8483	C03410810701001051190123189	膝关节假体-髓腔延长柄	直径12mm,长度80mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8484	C03410810701001051190123190	膝关节假体-髓腔延长柄	直径14mm，长度120mm	XR D03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8485	C03410810701001051190123191	膝关节假体-髓腔延长柄	直径11mm，长度80mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8486	C03410810701001051190123192	膝关节假体-髓腔延长柄	直径10mm，长度80mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8487	C03410810701001051190123193	膝关节假体-髓腔延长柄	直径13mm,长度80mm	XR D02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8488	C03410910700000051190000219	膝关节假体—铰链式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm（每隔2mm为一个规格）股骨端长度30mm~80mm（每隔2mm为一个规格）胫骨端宽度42mm~100mm（每隔2mm为一个规格）胫骨端长度80mm~300mm（每隔5mm为一个规格）截骨段长度30mm~300mm（每隔5mm为一个规格）延长柄直径7mm~30mm（每隔1mm为一个规格）延长柄长度	XR N01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8489	C03410910700000051190000220	膝关节假体—铰链式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm（每隔2mm为一个规格）股骨端长度80mm~300mm（每隔5mm为一个规格）胫骨端宽度42mm~100mm（每隔2mm为一个规格）胫骨端长度30mm~80mm（每隔2mm为一个规格）截骨段长度30mm~300mm（每隔5mm为一个规格）延长柄直径7mm~30mm（每隔1mm为一个规格）延长柄长度	XR N02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8490	C0341091070000005119004206	膝关节假体—整体式膝关节假体	”股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格）股骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格）胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格）截骨段长度30mm~300mm（每隔5mm为一个规格）髓腔柄长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格）右”	XR P03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8491	C0341091070000005119004206 7	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)股骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)截骨段长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)髓腔柄长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)可分左右	XR P02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8492	C03410910700000051190042068	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)股骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)可分左右	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8493	C0341091070000005119004207l	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度：42mm～100mm胫骨端宽度：42mm～100mm截骨段长度：30mm～300mm髓腔柄长度：30mm～300mm胫骨端长度：80mm～300mm左	XR P01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8494	C0341091070000005119004207 5	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)股骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)右	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8495	C0341091070000005119004208 0	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)股骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)截骨段长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)髓腔柄长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)右	XR P02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8496	C0341091070000005119004208 3	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度：42mm～100mm、股骨端长度：80mm-300mm；胫骨端宽度：42mm～100mm胫骨端长度：80mm～300mm左	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8497	C0341091070000005119004208 6	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)股骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)截骨段长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)髓腔柄长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)可分左右	XR P03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8498	C0341091070000005119004208 8	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度：42mm～100mm股骨端长度：80mm～300mm胫骨端宽度：42mm～100mm截骨段长度：30mm～300mm髓腔柄长度：30mm～300mm左	XR P03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8499	C0341091070000005119004208 9	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)截骨段长度30mm~300mm（每隔5mm为一个规格)髓腔柄长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)右	XR P01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8500	C03410910700000051190042091	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度：42mm～100mm股骨端长度：80mm～300mm胫骨端宽度：42mm～100mm截骨段长度：30mm～300mm髓腔柄长度：30mm～300mm左	XR P02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8501	C0341091070000005119004209 6	膝关节假体—整体式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)截骨段长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)髓腔柄长度30mm~300mm(每隔5mm为一个规格)可分左右	XR P01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8502	C0341091070000005119042540	膝关节假体—铰链式膝关节假体	股骨端宽度42mm-100mm(每隔2mm为一个规格) 股骨端长度80mm-300mm(每隔5mm为一个规格) 胫骨端宽度42mm-100mm(每隔2mm为一个规格) 胫骨端长度30mm-80mm(每隔5mm为一个规格) 截骨段长度30mm-300mm(每隔5mm为一个规格) 延长柄直径7mm-30mm (每隔1mm为一个规格) 延长柄长度30mm-	XR N02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8503	C0341091070000005119042541	膝关节假体—铰链式膝关节假体	股骨端宽度42mm-100mm(每隔2mm为一个规格) 股骨端长度30mm-80mm(每隔2mm为一个规格) 胫骨端宽度42mm-100mm(每隔2mm为一个规格) 胫骨端长度80mm-300mm(每隔5mm为一个规格) 截骨段长度30mm-300mm(每隔5mm为一个规格) 延长柄直径7mm-30mm(每隔1mm为一个规格) 延长柄长度30mm-	XR N01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8504	C0341091070000005119004254 2	膝关节假体—铰链式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)股骨端长度30mm~80mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)截骨段长度30mm~300mm (每隔5mm为一个规格)延长柄直径7mm～30mm(每隔1mm为一个规格)延长柄长度30mm～	XR N01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8505	C0341091070000005119004254 3	膝关节假体—铰链式膝关节假体	股骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)股骨端长度80mm~300mm(每隔5mm为一个规格)胫骨端宽度42mm~100mm(每隔2mm为一个规格)胫骨端长度30mm~80mm(每隔2mm为一个规格)截骨段长度30mm~300mm (每隔5mm为一个规格)延长柄直径7mm～30mm(每隔1mm为一个规格)延长柄长度30mm～	XR N02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8506	C03410910700000051190042593	膝关节假体—整体式膝关节假体	L 股骨端宽度：70mm 胫骨端宽度：70mm 股骨端长度：165mm 胫骨端长度：150mm	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8507	C0341091070000005119004259 4	膝关节假体—整体式膝关节假体	R 股骨端宽度：60mm 胫骨端宽度：60mm 股骨端长度：165mm 胫骨端长度：150mm	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8508	C03410910700000051190042595	膝关节假体—整体式膝关节假体	R 股骨端宽度：64mm 胫骨端宽度：64mm 股骨端长度：165mm 胫骨端长度：150mm	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8509	C03410910700000051190042596	膝关节假体—整体式膝关节假体	L 股骨端宽度：64mm 胫骨端宽度：64mm 股骨端长度：165mm 胫骨端长度：150mm	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8510	C03410910700000051190042597	膝关节假体—整体式膝关节假体	L 股骨端宽度：60mm 胫骨端宽度：60mm 股骨端长度：165mm 胫骨端长度：150mm	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8511	C03410910700000051190042598	膝关节假体—整体式膝关节假体	R 股骨端宽度：70mm 胫骨端宽度：70mm 股骨端长度：165mm 胫骨端长度：150mm	XR P04	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8512	C0341091070000005119004259	膝关节假体—铰链式膝关节假体	L 股骨端宽度：50mm 股骨端长度：68mm 胫骨端宽度：52mm 胫骨端长度：110mm 截骨段长度：70mm 延长柄直径：10mm 延长柄长度：110mm	XR N01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8513	C0341091070000005119004260	膝关节假体—铰链式膝关节假体	L 股骨端宽度：60mm 股骨端长度：68mm 胫骨端宽度：64mm 胫骨端长度：110mm 截骨段长度：70mm 延长柄直径：10mm 延长柄长度：110mm	XR N01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8514	C0341091070000005119004260 1	膝关节假体—铰链式膝关节假体	R 股骨端宽度：50mm 股骨端长度：68mm 胫骨端宽度：52mm 胫骨端长度：110mm 截骨段长度：70mm 延长柄直径：10mm 延长柄长度：110mm	XR N01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8515	C0341091070000005119004260 2	膝关节假体—铰链式膝关节假体	R 股骨端宽度：60mm 股骨端长度：68mm 胫骨端宽度：64mm 胫骨端长度：110mm 截骨段长度：70mm 延长柄直径：10mm 延长柄长度：110mm	XR N01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8516	C03410910700000051190042603	膝关节假体—整体式膝关节假体	L：股骨端宽度64mm；胫骨端宽度64mm；截骨段长度80mm；髓腔柄长度150mm	XR P03	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其他病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体，全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件按型号、规格选择组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构	通过			第12批

8517	C03411310700002051190004993	膝关节假体-轴销	直径：10mm,长度：52mm	XR G02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8518	C03411310700002051190004995	膝关节假体-轴销	直径：10mm,长度：64mm	XR G02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8519	C03411310700002051190004996	膝关节假体-轴销	直径8mm~30mm(每隔1mm为一个规格)，长度20mm~80mm(每隔2mm为一个规格)	XR G02	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8520	C03411310700006051190000418	膝关节假体-万向轴	长度：61mm	XR F01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8521	C03411310700006051190000420	膝关节假体-万向轴	长度10mm~65mm（每隔1mm为一个规格）	XR F01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8522	C03411310700006051190000422	膝关节假体-万向轴	长度：51mm	XR F01	国械注准20153130598	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与骨水泥配合使用，适用于部分膝关节置换术和全膝关节置换术。包括膝关节骨性关节炎、膝关节骨肿瘤或由于其它病理性原因引起的关节破坏或者其他创伤性关节损坏需要关节置换的疾病的初次或二次修复。	膝关节假体按照用途及结构分为：单髁部分膝关节假体、全膝关节假体、肿瘤特制膝关节假体。全膝关节假体由股骨髁、胫骨托、胫骨垫、髌骨、骨干延长段、髓腔延长柄、套筒、轴销、万向轴、锁垫、锁钉、衬垫、垫片、支撑块等部件组成。肿瘤特制膝关节假体按其结构分为：铰链式膝关	通过			第12批

8523	C03430310702015146320000001	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#4,5mm	K2-035-241	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8524	C03430310702015146320000002	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#3,10mm	K2-035-232	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8525	C0343031070201514632000003	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#2,5mm	K2-035-221	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8526	C0343031070201514632000000 4	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#5,5mm	K2-035-251	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8527	C03430310702015146320000005	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#1,10mm	K2-035-212	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8528	C03430310702015146320000006	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#4,10mm	K2-035-242	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8529	C0343031070201514632000007	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#2,10mm	K2-035-222	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8530	C03430310702015146320000008	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#1,5mm	K2-035-211	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8531	C03430310702015146320000009	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#6,10mm	K2-035-262	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8532	C0343031070201514632000001 0	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#6,5mm	K2-035-261	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8533	C0343031070201514632000001 1	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#3,5mm	K2-035-231	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8534	C03430310702015146320000012	膝关节假体-胫骨填补块	左右通用型,#5,10mm	K2-035-252	国械注准20213130652	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	采用骨水泥固定，用于膝关节置换。	本产品由股骨部件、胫骨托、胫骨衬垫、股骨填补块、延长柄、偏心距组件、股骨螺钉、胫骨填补块组成。其中股骨部件由符合YY 0117.3规定的铸造钴铬钼制成；胫骨托由符合ASTM F136规定的钛合金锻件制成；胫骨衬垫由符合GB/T19701.2规定的1型超高分子量聚乙烯制成；股骨填补	通过			第12批

8535	C03420110701003027370000021	膝关节假体-股骨髁	3.5NR	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8536	C03420110701003027370000022	膝关节假体-股骨髁	6R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8537	C03420110701003027370000023	膝关节假体-股骨髁	3.5NL	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8538	C03420110701003027370000024	膝关节假体-股骨髁	5L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8539	C03420110701003027370000025	膝关节假体-股骨髁	2.5NR	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8540	C03420110701003027370000026	膝关节假体-股骨髁	7R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8541	C03420110701003027370000027	膝关节假体-股骨髁	4NL	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8542	C03420110701003027370000028	膝关节假体-股骨髁	1.5L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8543	C03420110701003027370000029	膝关节假体-股骨髁	S1R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8544	C03420110701003027370000030	膝关节假体-股骨髁	S2R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8545	C03420110701003027370000031	膝关节假体-股骨髁	3L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8546	C03420110701003027370000032	膝关节假体-股骨髁	2NR	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8547	C03420110701003027370000033	膝关节假体-股骨髁	3.5L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8548	C03420110701003027370000034	膝关节假体-股骨髁	6L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8549	C03420110701003027370000035	膝关节假体-股骨髁	S2L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8550	C03420110701003027370000036	膝关节假体-股骨髁	3R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8551	C03420110701003027370000037	膝关节假体-股骨髁	7L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8552	C03420110701003027370000038	膝关节假体-股骨髁	3NR	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8553	C03420110701003027370000039	膝关节假体-股骨髁	2NL	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8554	C03420110701003027370000040	膝关节假体-股骨髁	2.5L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8555	C03420110701003027370000041	膝关节假体-股骨髁	4R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8556	C03420110701003027370000042	膝关节假体-股骨髁	5R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8557	C03420110701003027370000043	膝关节假体-股骨髁	2.5R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8558	C03420110701003027370000044	膝关节假体-股骨髁	2.5NL	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8559	C03420110701003027370000045	膝关节假体-股骨髁	3.5R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8560	C03420110701003027370000046	膝关节假体-股骨髁	3NL	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8561	C03420110701003027370000047	膝关节假体-股骨髁	2L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8562	C03420110701003027370000048	膝关节假体-股骨髁	1L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8563	C03420110701003027370000049	膝关节假体-股骨髁	S1L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8564	C03420110701003027370000050	膝关节假体-股骨髁	1.5R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8565	C03420110701003027370000051	膝关节假体-股骨髁	4L	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8566	C03420110701003027370000052	膝关节假体-股骨髁	1R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8567	C03420110701003027370000053	膝关节假体-股骨髁	4NR	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8568	C03420110701003027370000054	膝关节假体-股骨髁	2R	股骨髁(T3高屈曲后稳定PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8569	C03420210701011027370000040	膝关节假体-胫骨平台	D+	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8570	C03420210701011027370000041	膝关节假体-胫骨平台	H#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8571	C03420210701011027370000042	膝关节假体-胫骨平台	B+	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8572	C03420210701011027370000044	膝关节假体-胫骨平台	G#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8573	C03420210701011027370000045	膝关节假体-胫骨平台	C+	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8574	C03420210701011027370000046	膝关节假体-胫骨平台	B#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8575	C03420210701011027370000047	膝关节假体-胫骨平台	L#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8576	C03420210701011027370000048	膝关节假体-胫骨平台	C#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8577	C03420210701011027370000049	膝关节假体-胫骨平台	S#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8578	C03420210701011027370000050	膝关节假体-胫骨平台	E#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8579	C03420210701011027370000051	膝关节假体-胫骨平台	D#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8580	C03420210701011027370000052	膝关节假体-胫骨平台	A#	胫骨平台（T3 高抛光固定型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8581	C03420310703010027370000071	膝关节假体-胫骨垫	BC 14	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8582	C03420310703010027370000073	膝关节假体-胫骨垫	SA 12	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8583	C03420310703010027370000074	膝关节假体-胫骨垫	DE 8	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8584	C03420310703010027370000075	膝关节假体-胫骨垫	FG 9	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8585	C03420310703010027370000078	膝关节假体-胫骨垫	BC 16	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8586	C03420310703010027370000079	膝关节假体-胫骨垫	BC 9	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8587	C03420310703010027370000081	膝关节假体-胫骨垫	SA 18	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8588	C03420310703010027370000083	膝关节假体-胫骨垫	FG 18	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8589	C03420310703010027370000084	膝关节假体-胫骨垫	SA 9	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8590	C03420310703010027370000085	膝关节假体-胫骨垫	SA 14	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8591	C03420310703010027370000086	膝关节假体-胫骨垫	DE 14	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8592	C03420310703010027370000087	膝关节假体-胫骨垫	BC 18	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8593	C03420310703010027370000089	膝关节假体-胫骨垫	FG 16	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8594	C03420310703010027370000090	膝关节假体-胫骨垫	BC 10	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8595	C03420310703010027370000092	膝关节假体-胫骨垫	FG 10	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8596	C03420310703010027370000093	膝关节假体-胫骨垫	BC 12	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8597	C03420310703010027370000095	膝关节假体-胫骨垫	SA 10	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8598	C03420310703010027370000096	膝关节假体-胫骨垫	BC 8	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8599	C03420310703010027370000097	膝关节假体-胫骨垫	DE 12	胫骨垫片(T3 PS PLUS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8600	C03420310703010027370000098	膝关节假体-胫骨垫	DE 18	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8601	C03420310703010027370000099	膝关节假体-胫骨垫	FG 8	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8602	C03420310703010027370000100	膝关节假体-胫骨垫	DE 9	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8603	C03420310703010027370000101	膝关节假体-胫骨垫	DE 10	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8604	C03420310703010027370000102	膝关节假体-胫骨垫	FG 12	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8605	C03420310703010027370000104	膝关节假体-胫骨垫	FG 14	胫骨垫片(T3 PS PLUS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8606	C03420310703010027370000106	膝关节假体-胫骨垫	SA 8	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8607	C03420310703010027370000108	膝关节假体-胫骨垫	DE 16	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8608	C03420310703010027370000109	膝关节假体-胫骨垫	SA 16	胫骨垫片（T3 PS PLUS型）	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	非中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8609	C03420310703012027370000172	膝关节假体-胫骨垫片	FG 16	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8610	C03420310703012027370000174	膝关节假体-胫骨垫片	DE 12	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8611	C03420310703012027370000176	膝关节假体-胫骨垫片	BC 18	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8612	C03420310703012027370000179	膝关节假体-胫骨垫片	FG 10	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8613	C03420310703012027370000180	膝关节假体-胫骨垫片	SA 8	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8614	C03420310703012027370000181	膝关节假体-胫骨垫片	BC 12	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8615	C03420310703012027370000183	膝关节假体-胫骨垫片	SA 12	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8616	C03420310703012027370000184	膝关节假体-胫骨垫片	BC 9	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8617	C03420310703012027370000186	膝关节假体-胫骨垫片	DE 16	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8618	C03420310703012027370000187	膝关节假体-胫骨垫片	DE 9	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8619	C03420310703012027370000189	膝关节假体-胫骨垫片	SA 16	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8620	C03420310703012027370000191	膝关节假体-胫骨垫片	SA 9	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8621	C03420310703012027370000192	膝关节假体-胫骨垫片	FG 14	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8622	C03420310703012027370000193	膝关节假体-胫骨垫片	FG 9	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8623	C03420310703012027370000194	膝关节假体-胫骨垫片	DE 8	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8624	C03420310703012027370000195	膝关节假体-胫骨垫片	BC 8	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8625	C03420310703012027370000198	膝关节假体-胫骨垫片	SA 18	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8626	C03420310703012027370000199	膝关节假体-胫骨垫片	BC 16	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8627	C03420310703012027370000200	膝关节假体-胫骨垫片	FG 8	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8628	C03420310703012027370000201	膝关节假体-胫骨垫片	SA 14	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8629	C03420310703012027370000203	膝关节假体-胫骨垫片	DE 14	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8630	C03420310703012027370000204	膝关节假体-胫骨垫片	FG 18	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8631	C03420310703012027370000205	膝关节假体-胫骨垫片	BC 14	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8632	C03420310703012027370000206	膝关节假体-胫骨垫片	FG 12	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8633	C03420310703012027370000207	膝关节假体-胫骨垫片	BC 10	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8634	C03420310703012027370000208	膝关节假体-胫骨垫片	DE 10	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8635	C03420310703012027370000210	膝关节假体-胫骨垫片	DE 18	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8636	C03420310703012027370000211	膝关节假体-胫骨垫片	SA 10	胫骨垫片(T3 高屈曲 PS型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8637	C03420410702001027370000007	膝关节假体-髌骨	S	髌骨(T3圆型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8638	C03420410702001027370000008	膝关节假体-髌骨	L	髌骨(T3圆型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8639	C03420410702001027370000009	膝关节假体-髌骨	M	髌骨(T3圆型)	国械注准20243132192	甲类	107-人工关节类	是-国家	视为中选	人工关节接续带量采购项目-国采2024	是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8640	C03420910700001027370000001	膝关节假体-锁夹	S	锁夹(A型)	国械注准20243132192	丙类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8641	C03420910700001027370000002	膝关节假体-锁夹	M	锁夹(A型)	国械注准20243132192	丙类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批

8642	C03420910700001027370000003	膝关节假体-锁夹	L	锁夹(A型)	国械注准20243132192	丙类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	与本企业的膝关节假体组件配合，作为骨水泥型膝关节假体使用，适用于膝关节置换。	该产品由股骨髁、胫骨平台、胫骨垫片、髌骨及附件组件组成，附件包括垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉、锁夹。股骨髁、胫骨平台由符合YY 0117.3要求的铸造钴铬钼合金材料制成；胫骨垫片、髌骨由符合GB/T19701.2要求的2型超高分子量聚乙烯材料制成；垫块、加长杆、垫块螺钉、拉钉	通过			第12批
8643	C03401410800000124570000001	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-SNGII-CR-12	YM-TKA-03	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批

8644	C03401410800000124570000002	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-WG-WPS-3H	YM-TKA-04	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，其中，测量垫片、高度调节片为一次性使用产品。	通过			第12批
8645	C03401410800000124570000003	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-SNGII-CR-34H	YM-TKA-03	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批
8646	C03401410800000124570000004	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-WG-WPS-4H	YM-TKA-04	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批

8647	C0340141080000012457000000 5	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-SNGII-CR-56	YM-TKA-03	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批
8648	C0340141080000012457000000 6	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-WG-WPS-5H	YM-TKA-04	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批
8649	C0340141080000012457000000 7	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-WG-WPS-6H	YM-TKA-04	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批

8650	C0340141080000012457000008	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-SNGII-CR-12	YM-TKA-05	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批
8651	C0340141080000012457000009	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-SNGII-CR-34H	YM-TKA-05	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批
8652	C0340141080000012457000010	膝关节置换辅助测量系统-垫片	YM-SNGII-CR-56	YM-TKA-05	国械注准20223010681	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	该产品与经验证的膝关节假体配合使用，在成人膝关节置换术中评估测量膝关节间隙压力分布及变化，辅助术者在计算机端评估软组织状态和调	该产品由测量垫片、高度调节片、接收器、磁石开关、软件组成，详见产品技术要求。	通过			第12批

8653	C03460110701002051190000023	组合型髋关节假体-半髋双动头	52	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8654	C03460110701002051190000024	组合型髋关节假体-半髋双动头	56	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8655	C03460110701002051190000025	组合型髋关节假体-半髋双动头	44	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8656	C03460110701002051190000026	组合型髋关节假体-半髋双动头	40	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8657	C03460110701002051190000027	组合型髋关节假体-半髋双动头	54	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8658	C03460110701002051190000028	组合型髋关节假体-半髋双动头	50	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8659	C03460110701002051190000029	组合型髋关节假体-半髋双动头	48	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8660	C03460110701002051190000030	组合型髋关节假体-半髋双动头	46	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8661	C03460110701002051190000031	组合型髋关节假体-半髋双动头	38	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8662	C03460110701002051190000032	组合型髋关节假体-半髋双动头	58	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8663	C03460110701002051190000033	组合型髋关节假体-半髋双动头	42	JX 4701	国械注准20153130599	甲类	107-人工关节类	否			是	331507	人工关节置换手术		人工关节	人工关节	作为生物型髋关节假体使用，适用于髋关节置换。包括以下几种适应症：1、由骨性关节炎或风湿性关节炎引起的高度髋关节损伤；2、先天性髋关节发育不良及由于病理性原因引起的关节破坏；3、创伤性原因引起的关节破坏或缺血性股骨头坏死需行全髋、半髋关节修复术以及以前手术需进	组合型髋关节假体主要由骨盆、髋臼杯、髋臼衬、股骨柄、股骨头及附件等组合而成，其中股骨柄包括钛合金微孔关节柄、珊瑚面关节柄、粗隆间骨折柄、股骨上段、髓腔延长柄、骨干延长段、整体式股骨柄、融合器；髋臼杯包括微孔钛杯、P型臼杯、三翼臼杯、T型臼杯、螺旋臼杯、金属臼杯	通过			第12批

8664	C080103151000021047800000001	焦深延长型人工晶状体	+23D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8665	C080103151000021047800000002	焦深延长型人工晶状体	+31.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8666	C080103151000021047800000003	焦深延长型人工晶状体	+25.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8667	C080103151000021047800000004	焦深延长型人工晶状体	+5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8668	C080103151000021047800000005	焦深延长型人工晶状体	+27D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8669	C080103151000021047800000006	焦深延长型人工晶状体	+30.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8670	C080103151000021047800000007	焦深延长型人工晶状体	+19.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8671	C080103151000021047800000008	焦深延长型人工晶状体	+18D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8672	C080103151000021047800000009	焦深延长型人工晶状体	+33D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8673	C080103151000021047800000010	焦深延长型人工晶状体	+9.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8674	C080103151000021047800000011	焦深延长型人工晶状体	+33.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8675	C08010315100002104780000012	焦深延长型人工晶状体	+17.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8676	C080103151000021047800000013	焦深延长型人工晶状体	+21D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8677	C080103151000021047800000014	焦深延长型人工晶状体	+24D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8678	C08010315100002104780000015	焦深延长型人工晶状体	+23.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8679	C08010315100002104780000016	焦深延长型人工晶状体	+19D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8680	C08010315100002104780000017	焦深延长型人工晶状体	+10.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8681	C080103151000021047800000018	焦深延长型人工晶状体	+15.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8682	C080103151000021047800000019	焦深延长型人工晶状体	+7D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8683	C08010315100002104780000020	焦深延长型人工晶状体	+14.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8684	C08010315100002104780000021	焦深延长型人工晶状体	+20D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8685	C080103151000021047800000022	焦深延长型人工晶状体	+17D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8686	C08010315100002104780000023	焦深延长型人工晶状体	+21.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8687	C08010315100002104780000024	焦深延长型人工晶状体	+34D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8688	C080103151000021047800000025	焦深延长型人工晶状体	+20.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8689	C080103151000021047800000026	焦深延长型人工晶状体	+11D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8690	C08010315100002104780000027	焦深延长型人工晶状体	+22D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8691	C080103151000021047800000028	焦深延长型人工晶状体	+31D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8692	C08010315100002104780000029	焦深延长型人工晶状体	+26D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8693	C08010315100002104780000030	焦深延长型人工晶状体	+5.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8694	C080103151000021047800000031	焦深延长型人工晶状体	+14D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8695	C08010315100002104780000032	焦深延长型人工晶状体	+13D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8696	C080103151000021047800000033	焦深延长型人工晶状体	+28.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8697	C080103151000021047800000034	焦深延长型人工晶状体	+22.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8698	C08010315100002104780000035	焦深延长型人工晶状体	+26.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8699	C080103151000021047800000036	焦深延长型人工晶状体	+11.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8700	C08010315100002104780000037	焦深延长型人工晶状体	+8D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8701	C08010315100002104780000038	焦深延长型人工晶状体	+27.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8702	C08010315100002104780000039	焦深延长型人工晶状体	+32.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8703	C080103151000021047800000040	焦深延长型人工晶状体	+29D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8704	C080103151000021047800000041	焦深延长型人工晶状体	+10D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8705	C08010315100002104780000042	焦深延长型人工晶状体	+25D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8706	C08010315100002104780000043	焦深延长型人工晶状体	+12.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8707	C08010315100002104780000044	焦深延长型人工晶状体	+6D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8708	C08010315100002104780000045	焦深延长型人工晶状体	+29.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8709	C080103151000021047800000046	焦深延长型人工晶状体	+8.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8710	C08010315100002104780000047	焦深延长型人工晶状体	+13.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8711	C08010315100002104780000048	焦深延长型人工晶状体	+12D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8712	C08010315100002104780000049	焦深延长型人工晶状体	+24.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8713	C080103151000021047800000050	焦深延长型人工晶状体	+6.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8714	C08010315100002104780000051	焦深延长型人工晶状体	+15D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8715	C080103151000021047800000052	焦深延长型人工晶状体	+28D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8716	C08010315100002104780000053	焦深延长型人工晶状体	+30D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8717	C08010315100002104780000054	焦深延长型人工晶状体	+18.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8718	C08010315100002104780000055	焦深延长型人工晶状体	+32D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8719	C08010315100002104780000056	焦深延长型人工晶状体	+9D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8720	C08010315100002104780000057	焦深延长型人工晶状体	+7.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8721	C08010315100002104780000058	焦深延长型人工晶状体	+16D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8722	C08010315100002104780000059	焦深延长型人工晶状体	+16.5D	ES60	国械注准20253161009	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	不视为非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	用于下列无晶状体的成年患者的初次植入：1.已摘除白内障晶状体的成年患者。2.经屈光性晶状体摘除术后的成年老视患者。这类患者期望一定距离范围内良好的未矫正视力，从而降低对眼镜的依赖度。	该产品为一件式、可折叠、后房型人工晶状体，L型襻；主体和支撑部分均为疏水性丙烯酸酯材料；光焦度范围5D～34D，以0.5D为间隔；光学设计为球面和具有焦深扩展效果的自由曲面；人工晶状体植入部位为囊袋，无表面处理。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；货架有效	通过			第12批

8723	C08010115103004172630000267	亲水性非球面折叠式人工晶状体	25.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8724	C08010115103004172630000269	亲水性非球面折叠式人工晶状体	30.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8725	C08010115103004172630000270	亲水性非球面折叠式人工晶状体	23.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8726	C08010115103004172630000275	亲水性非球面折叠式人工晶状体	13.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8727	C08010115103004172630000276	亲水性非球面折叠式人工晶状体	15.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8728	C08010115103004172630000301	亲水性非球面折叠式人工晶状体	29.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8729	C08010115103004172630000311	亲水性非球面折叠式人工晶状体	16.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8730	C08010115103004172630000312	亲水性非球面折叠式人工晶状体	10.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8731	C08010115103004172630000313	亲水性非球面折叠式人工晶状体	19.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8732	C08010115103004172630000316	亲水性非球面折叠式人工晶状体	23.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8733	C08010115103004172630000317	亲水性非球面折叠式人工晶状体	26.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8734	C08010115103004172630000322	亲水性非球面折叠式人工晶状体	11.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8735	C08010115103004172630000323	亲水性非球面折叠式人工晶状体	4.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8736	C08010115103004172630000324	亲水性非球面折叠式人工晶状体	2.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8737	C08010115103004172630000327	亲水性非球面折叠式人工晶状体	10.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8738	C08010115103004172630000328	亲水性非球面折叠式人工晶状体	20.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8739	C08010115103004172630000330	亲水性非球面折叠式人工晶状体	25.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8740	C08010115103004172630000332	亲水性非球面折叠式人工晶状体	8.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8741	C08010115103004172630000334	亲水性非球面折叠式人工晶状体	21.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8742	C08010115103004172630000336	亲水性非球面折叠式人工晶状体	17.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8743	C08010115103004172630000337	亲水性非球面折叠式人工晶状体	26.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8744	C08010115103004172630000347	亲水性非球面折叠式人工晶状体	18.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8745	C08010115103004172630000352	亲水性非球面折叠式人工晶状体	21.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8746	C08010115103004172630000356	亲水性非球面折叠式人工晶状体	24.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8747	C08010115103004172630000359	亲水性非球面折叠式人工晶状体	28.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8748	C08010115103004172630000360	亲水性非球面折叠式人工晶状体	13.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8749	C08010115103004172630000361	亲水性非球面折叠式人工晶状体	17.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8750	C08010115103004172630000362	亲水性非球面折叠式人工晶状体	12.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8751	C08010115103004172630000369	亲水性非球面折叠式人工晶状体	20.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8752	C08010115103004172630000374	亲水性非球面折叠式人工晶状体	16.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8753	C08010115103004172630000382	亲水性非球面折叠式人工晶状体	5.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8754	C08010115103004172630000387	亲水性非球面折叠式人工晶状体	24.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8755	C08010115103004172630000389	亲水性非球面折叠式人工晶状体	22.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8756	C08010115103004172630000391	亲水性非球面折叠式人工晶状体	6.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8757	C08010115103004172630000392	亲水性非球面折叠式人工晶状体	12.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8758	C08010115103004172630000395	亲水性非球面折叠式人工晶状体	1.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8759	C08010115103004172630000404	亲水性非球面折叠式人工晶状体	22.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8760	C08010115103004172630000407	亲水性非球面折叠式人工晶状体	3.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8761	C08010115103004172630000412	亲水性非球面折叠式人工晶状体	14.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8762	C08010115103004172630000423	亲水性非球面折叠式人工晶状体	18.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8763	C08010115103004172630000433	亲水性非球面折叠式人工晶状体	15.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8764	C08010115103004172630000442	亲水性非球面折叠式人工晶状体	7.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8765	C08010115103004172630000444	亲水性非球面折叠式人工晶状体	19.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8766	C08010115103004172630000446	亲水性非球面折叠式人工晶状体	27.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8767	C08010115103004172630000448	亲水性非球面折叠式人工晶状体	9.00D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8768	C08010115103004172630000449	亲水性非球面折叠式人工晶状体	11.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8769	C08010115103004172630000483	亲水性非球面折叠式人工晶状体	1.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8770	C08010115103004172630000487	亲水性非球面折叠式人工晶状体	2.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8771	C08010115103004172630000490	亲水性非球面折叠式人工晶状体	3.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8772	C08010115103004172630000493	亲水性非球面折叠式人工晶状体	4.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8773	C08010115103004172630000497	亲水性非球面折叠式人工晶状体	5.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8774	C08010115103004172630000499	亲水性非球面折叠式人工晶状体	6.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8775	C08010115103004172630000503	亲水性非球面折叠式人工晶状体	7.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8776	C08010115103004172630000505	亲水性非球面折叠式人工晶状体	8.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8777	C08010115103004172630000507	亲水性非球面折叠式人工晶状体	9.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8778	C08010115103004172630000510	亲水性非球面折叠式人工晶状体	27.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8779	C08010115103004172630000512	亲水性非球面折叠式人工晶状体	28.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8780	C08010115103004172630000515	亲水性非球面折叠式人工晶状体	29.50D	HA60A	国械注许20223160023	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品用于白内障手术中植入成人患者眼后房囊袋中，替代人眼晶状体。	该产品为一件式/后房人工晶状体，可折叠，主体/支撑部分由甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯等聚合而成，添加紫外吸收剂。光学设计：单焦点、非球面(在孔阑半径1.5mm范围内模拟眼状态下的轴截面光焦度分布应符合零球差分布特征）。该产品经湿热灭菌，一次	通过			第12批

8781	C08010315100002091680000356	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+7.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8782	C08010315100002091680000357	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+24.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8783	C08010315100002091680000358	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+26.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8784	C08010315100002091680000359	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+22.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8785	C08010315100002091680000360	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+16.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8786	C08010315100002091680000361	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+8.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8787	C08010315100002091680000362	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+31.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8788	C08010315100002091680000363	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+28.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8789	C08010315100002091680000364	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+32.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8790	C08010315100002091680000365	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+27.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8791	C08010315100002091680000366	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+34.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8792	C08010315100002091680000367	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+19.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8793	C08010315100002091680000368	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+29.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8794	C08010315100002091680000369	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+27.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8795	C08010315100002091680000370	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+33.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8796	C08010315100002091680000371	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+24.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8797	C08010315100002091680000372	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+13.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8798	C08010315100002091680000373	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+16.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8799	C08010315100002091680000374	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+13.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8800	C08010315100002091680000375	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+14.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8801	C08010315100002091680000376	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+21.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8802	C08010315100002091680000377	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+17.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8803	C08010315100002091680000378	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+30.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8804	C08010315100002091680000379	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+26.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8805	C0801031510000209168000038 0	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+9.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8806	C08010315100002091680000381	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+21.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8807	C08010315100002091680000382	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+25.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8808	C08010315100002091680000383	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+23.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8809	C08010315100002091680000384	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+6.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8810	C08010315100002091680000385	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+30.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8811	C08010315100002091680000386	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+6.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8812	C08010315100002091680000387	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+10.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8813	C08010315100002091680000388	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+22.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8814	C08010315100002091680000389	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+18.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8815	C08010315100002091680000390	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+23.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8816	C08010315100002091680000391	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+12.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8817	C08010315100002091680000392	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+29.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8818	C08010315100002091680000393	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+20.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8819	C08010315100002091680000394	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+15.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8820	C08010315100002091680000395	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+19.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8821	C08010315100002091680000396	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+9.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8822	C08010315100002091680000397	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+20.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8823	C08010315100002091680000398	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+15.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8824	C08010315100002091680000399	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+18.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8825	C08010315100002091680000400	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+32.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8826	C08010315100002091680000401	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+10.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8827	C08010315100002091680000402	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+33.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8828	C08010315100002091680000403	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+7.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8829	C08010315100002091680000404	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+5.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8830	C08010315100002091680000405	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+11.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8831	C08010315100002091680000406	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+8.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8832	C08010315100002091680000407	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+25.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8833	C08010315100002091680000408	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+11.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8834	C08010315100002091680000409	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+28.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8835	C08010315100002091680000410	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+31.0D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8836	C08010315100002091680000411	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+5.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8837	C08010315100002091680000412	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+12.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8838	C08010315100002091680000413	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+17.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批

8839	C08010315100002091680000414	预装式折射型焦深延长人工晶状体	+14.5D	DEN00V	国械注进20253160147	甲类	151-人工晶状体类	是-国家	非中选	人工晶体类带量采购中选项目-国采2024	是	330406010	白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术		人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀	人工晶体	该产品适用于成人白内障患者无晶体眼视力矫正，以期待改善中、远视力并减少眼镜依赖。该人工晶状体用于植入囊袋内。	该产品由人工晶状体和植入系统组成，其中人工晶状体预装在植入系统内。人工晶状体为可折叠单件式后房人工晶状体，人工晶状体预期放置在囊袋中，光焦度范围：＋5.0D ~ ＋34.0D，增量为0.5D。人工晶状体的光学区和支撑部分由丙烯酸乙酯(EA)、甲基丙烯酸乙酯(EMA)、2,2,2-甲	通过			第12批
8840	C06020213310006092020000059	人工血管	肝素涂层带硅胶层,血管直径6mm,长度40cm	ECH060040W	国械注进20153132072	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管移植物用于需要建立血管通路的患者。	该产品是一种多层的人工血管，在ePTFE内层和外层间，具有一低透血的硅胶层。其内腔带有共价结合的稳定的CARMEDA生物活性肝素涂层。产品经环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用。货架有效期3年	通过			第12批

8841	C06020213310006092020000060	人工血管	肝素涂层带硅胶层，血管直径6mm，长度20cm	ECH060020W	国械注进20153132072	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管移植物用于需要建立血管通路的患者。	该产品是一种多层的人工血管，在ePTFE内层和外层间，具有一低透血的硅胶层。其内腔带有共价结合的稳定的CARMEDA生物活性肝素涂层。产品经环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用。货架有效期3年	通过			第12批
8842	C06020213310006092020000003	人工血管	薄壁，延展性，内径7mm，带可拆环，带环部分长度40cm，长度50cm	HT074050W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

8843	C06020213310006092020000005	人工血管	标准壁带内置环，内径4-7mm，带环部分长度38cm，长度45cm	IRH473845W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批
8844	C06020213310006092020000009	人工血管	薄壁，延展性，内径6mm，带可拆环，带环部分长度60cm，长度80cm	HT066080W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

8845	C06020213310006092020000012	人工血管	薄壁，带内置环，内径7mm，带环部分长度60cm，长度60cm	IRTH076060W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批
8846	C06020213310006092020000015	人工血管	标准壁，延展性，内径6mm，长度40cm	H060040W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

8847	C06020213310006092020000038	人工血管	薄壁，带内置环，内径8mm，带环部分长度60cm，长度60cm	IRTH08606OW	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批
8848	C06020213310006092020000045	人工血管	标准壁带内置环，内径4-6mm，带环部分长度38cm，长度45cm	IRH463845W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

8849	C06020213310006092020000047	人工血管	（儿科分流用）薄壁，延展性，内径4mm，长度10cm	HPT040010W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批
8850	C06020213310006092020000052	人工血管	（儿科分流用）薄壁，延展性，内径3.5mm，长度10cm	HPT350010W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批

8851	C06020213310006092020000058	人工血管	（儿科分流用）薄壁，延展性，内径5mm，长度10cm	HPT050010W	国械注进20153133918	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管假体，用于通过置换血管或建立血管旁路治疗血管闭塞性疾病或动脉瘤，置换损伤血管，建立血液透析通路或其他血管手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）制成，并在管腔内表面带有以共价键方式结合的生物活性肝素。人工血管壁分为标准壁和薄壁，部分型号带有FEP环并分为可拆型和固定型，部分型号带有内置环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有	通过			第12批
8852	C06020213310004092020000003	人工血管	延展性，标准壁，血管内径8mm，血管长度40cm	S0804	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的 旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8853	C06020213310004092020000008	人工血管	延展性，标准壁，血管内径18mm，血管长度20cm	SA1802	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8854	C06020213310004092020000096	人工血管	延展性，标准壁，血管内径22mm，血管长度30cm	SA2203	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8855	C06020213310004092020000101	人工血管	延展性，标准壁，血管内径20mm，血管长度30cm	SA2003	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8856	C06020213310004092020000121	人工血管	延展性，标准壁，血管内径14mm，血管长度30cm	SA1403	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8857	C06020213310004092020000146	人工血管	标准壁，延展性，带内环，血管内径4-7mm，带环部分长度38cm,血管长度45cm	IRS47045L	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8858	C06020213310004092020000156	人工血管	延展性，标准壁，血管内径6mm，血管长度40cm	S0604	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8859	C06020213310004092020000178	人工血管	标准壁，延展性，带内环，血管内径4-6mm，带环部分长度38cm,血管长度45cm	IRS46045L	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8860	C06020213310004092020000182	人工血管	延展性，标准壁，血管内径20mm，血管长度20cm	SA2002	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8861	C06020213310004092020000189	人工血管	延展性，标准壁，血管内径22mm，血管长度20cm	SA2202	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8862	C06020213310004092020000233	人工血管	带可拆环，血管内径8mm，带环部分长度30cm，血管长度40cm	RR080300400L	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8863	C06020213310004092020000234	人工血管	延展性，带内环，薄壁，血管内径6mm，带环部分长度60cm,血管长度60cm	IRST06060060L	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8864	C06020213310004092020000237	人工血管	延展性，标准壁，血管内径12mm，血管长度30cm	S1203	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8865	C06020213310004092020000259	人工血管	延展性，标准壁，血管内径10mm，血管长度40cm	S1004	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8866	C06020213310004092020000297	人工血管	带可拆环，血管内径6mm，带环部分长度30cm，血管长度40cm	RR06030040L	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8867	C06020213310004092020000318	人工血管	延展性，标准壁，血管内径16mm，血管长度30cm	SA1603	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8868	C06020213310004092020000334	人工血管	延展性，带内环，薄壁，血管内径8mm，带环部分长度60cm,血管长度60cm	IRST08060060L	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8869	C06020213310004092020000344	人工血管	延展性，标准壁，血管内径18mm，血管长度30cm	SA1803	国械注进20173136984	甲类	133-人工器官类	否			是	330804	其他血管手术		各种人工血管、转流管、人工补片等	人工血管	该产品作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。带FEP环腋双股GORE-TEX人工血管(配备可移除环)和带FEP环腋双股GORE-TEX弹性人工血管(配备可移除环)旨在用于恢复下肢血液供应的旁路手术。	该产品由膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制成，按照标准壁、薄壁、带环、不带环、带可拆卸环、带Intering环、分叉、非分叉、延展和非延展性划分不同型号、规格。环的材料为氟化乙烯丙烯(FEP)，部分产品中还包含硅胶和蓝色染料材料。蒸汽灭菌，一次性使用，货架有效期5年	通过			第12批

8870	C12060111800000062740000002	涤纶补片	10.0×10.0cm	10.0×10.0cm	国械注准20153130647	甲类	118-修补材料类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		人工植入体	该产品专门用于心外科手术修补各种原因所致的心房、心室间隔缺损。	该产品是由聚酯纤维制成的厚度为0.2-0.35mm的方形或长方形片状织物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。	通过			第12批
8871	C03111508004020035870000011	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8872	C03111508004020035870000012	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8873	C03111508004020035870000013	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8874	C03111508004020035870000014	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8875	C03111508004020035870000015	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8876	C03111508004020035870000016	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8877	C03111508004020035870000017	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8878	C03111508004020035870000018	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-009）	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8879	C03111508004020035870000019	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-005）	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8880	C03111508004020035870000020	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-007）	DZTaTYJGB01	渝械定制备2025-01	甲类	080-固定板类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8881	C03240408900000035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8882	C03240408900000035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8883	C03240408900000035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8884	C03240408900000035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8885	C03240408900000035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8886	C03240408900000035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8887	C03240408900000035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8888	C03240408900000035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8889	C03240408900000035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8890	C03240408900000035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaXYZQLGD01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8891	C03290109706006035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8892	C03290109706006035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8893	C03290109706006035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8894	C03290109706006035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8895	C03290109706006035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8896	C03290109706006035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-005）	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8897	C03290109706006035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-004）	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8898	C03290109706006035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-003）	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8899	C03290109706006035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-008）	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8900	C03290109706006035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-009）	DZTaXYZRHQ01-HY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8901	C03290109706008035870000011	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-010）	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8902	C03290109706008035870000012	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-005）	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8903	C03290109706008035870000013	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-002）	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8904	C03290109706008035870000014	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-006）	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8905	C03290109706008035870000015	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-008）	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8906	C03290109706008035870000016	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-003）	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8907	C03290109706008035870000017	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-004）	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8908	C03290109706008035870000018	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8909	C03290109706008035870000019	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8910	C03290109706008035870000020	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaXYZRHQ01-HW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8911	C03290109706010035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-003）	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8912	C03290109706010035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-004）	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8913	C03290109706010035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-001）	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8914	C03290109706010035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8915	C03290109706010035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8916	C03290109706010035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8917	C03290109706010035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-007）	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8918	C03290109706010035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-009）	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8919	C03290109706010035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-010）	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8920	C03290109706010035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaXYZRHQ01-CY	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8921	C03290109706012035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8922	C03290109706012035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8923	C03290109706012035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8924	C03290109706012035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8925	C03290109706012035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8926	C03290109706012035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-001）	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8927	C03290109706012035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-004）	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8928	C03290109706012035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-008）	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8929	C03290109706012035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8930	C03290109706012035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaXYZRHQ01-CW	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8931	C03290209706004035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8932	C03290209706004035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8933	C03290209706004035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8934	C03290209706004035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8935	C03290209706004035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8936	C03290209706004035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8937	C03290209706004035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8938	C03290209706004035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8939	C03290209706004035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8940	C03290209706004035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaJZRHQ02-YB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8941	C03290209706008035870000011	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8942	C03290209706008035870000012	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8943	C03290209706008035870000013	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8944	C03290209706008035870000014	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8945	C03290209706008035870000015	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8946	C03290209706008035870000016	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8947	C03290209706008035870000017	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-004）	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8948	C03290209706008035870000018	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-009）	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8949	C03290209706008035870000019	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-010）	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8950	C03290209706008035870000020	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaJZRHQ01-WB	渝械定制备2025-01	甲类	097-融合器类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8951	C03290709800000035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8952	C03290709800000035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8953	C03290709800000035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8954	C03290709800000035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8955	C03290709800000035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8956	C03290709800000035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8957	C03290709800000035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8958	C03290709800000035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8959	C03290709800000035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8960	C03290709800000035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaDZZT01	渝械定制备2025-01	丙类	098-人工椎体类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8961	C03291008900000035870000011	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8962	C03291008900000035870000012	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8963	C03291008900000035870000013	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8964	C03291008900000035870000014	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8965	C03291008900000035870000015	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8966	C03291008900000035870000016	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8967	C03291008900000035870000017	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8968	C03291008900000035870000018	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8969	C03291008900000035870000019	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8970	C03291008900000035870000020	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaQTJZRHCL01	渝械定制备2025-01	丙类	089-内固定材料类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8971	C03350310700000035870000011	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8972	C03350310700000035870000012	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8973	C03350310700000035870000013	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8974	C03350310700000035870000014	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8975	C03350310700000035870000015	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8976	C03350310700000035870000016	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8977	C03350310700000035870000017	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8978	C03350310700000035870000018	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8979	C03350310700000035870000019	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8980	C03350310700000035870000020	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaJGJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8981	C03360710700000035870000011	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8982	C03360710700000035870000012	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8983	C03360710700000035870000013	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8984	C03360710700000035870000014	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8985	C03360710700000035870000015	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8986	C03360710700000035870000016	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8987	C03360710700000035870000017	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8988	C03360710700000035870000018	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8989	C03360710700000035870000019	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8990	C03360710700000035870000020	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaFJPJ01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8991	C03401010801000035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8992	C03401010801000035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-009）	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8993	C03401010801000035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-001）	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8994	C03401010801000035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-008）	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8995	C03401010801000035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8996	C03401010801000035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8997	C03401010801000035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

8998	C03401010801000035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-003）	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
8999	C03401010801000035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-006）	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9000	C03401010801000035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-004）	DZTaHSCJB01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9001	C03401410800000035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-003）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9002	C03401410800000035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-009）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9003	C03401410800000035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-010）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9004	C03401410800000035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-002）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9005	C03401410800000035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-008）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9006	C03401410800000035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-005）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9007	C03401410800000035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-006）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9008	C03401410800000035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-001）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9009	C03401410800000035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-007）	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9010	C03401410800000035870000031	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaYXK01	渝械定制备2025-01	丙类	108-人工关节配件类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9011	C03430310701005035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9012	C03430310701005035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9013	C03430310701005035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过				第12批
9014	C03430310701005035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过				第12批
9015	C03430310701005035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过				第12批

9016	C03430310701005035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9017	C03430310701005035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9018	C03430310701005035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9019	C03430310701005035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9020	C03430310701005035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaTCK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9021	C03450710703003035870000021	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9022	C03450710703003035870000022	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9023	C03450710703003035870000023	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9024	C03450710703003035870000024	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-003)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9025	C03450710703003035870000025	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9026	C03450710703003035870000026	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9027	C03450710703003035870000027	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9028	C03450710703003035870000028	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9029	C03450710703003035870000029	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9030	C03450710703003035870000030	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaKJDK01	渝械定制备2025-01	甲类	107-人工关节类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9031	C03470310900000035870000214	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-004)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9032	C03470310900000035870000215	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-001)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9033	C03470310900000035870000216	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-008)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9034	C03470310900000035870000217	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-002)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9035	C03470310900000035870000218	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-010)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9036	C03470310900000035870000219	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-007)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9037	C03470310900000035870000220	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-006)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9038	C03470310900000035870000221	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-005)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9039	C03470310900000035870000222	多孔钽骨修复系统（定制）	定制(RZ202501-009)	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批

9040	C03470310900000035870000223	多孔钽骨修复系统（定制）	定制（RZ202501-003）	DZTaRGHCG01	渝械定制备2025-01	甲类	109-医用骨类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	适用于罕见特殊的骨缺损修复。	多孔钽骨修复系统（定制）是根据临床需求，采用已注册产品“多孔钽骨填充材料”的生产工艺制备出的定制式医疗器械。产品为三维连通的多孔结构，金属钽的含量≥99%。	通过			第12批
9041	C03470411000000049590000013	活性生物骨	粒径2～6mm,0.7g/瓶	ZHG-KL-0.7-C	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第12批

9042	C03470411000000049590000015	活性生物骨	粒径1～2mm,1g/瓶	ZHG-KL-1-B	国械注准20223131334	甲类	110-骨形成蛋白类	否			是	331512017	骨移植术		异体骨、煅烧骨、人造骨	人造骨	用于填充由于创伤或手术造成的、不影响骨结构稳定性的骨缺损。	活性生物骨是由异种骨经一系列处理后制成的骨支架材料（主要成分为羟基磷灰石和胶原蛋白），与具有胶原特异结合能力的重组人骨形态发生蛋白（rhBMP-2）结合而成的骨修复材料。产品经辐照灭菌，无菌有效	通过			第12批
9043	C16040202600001210110000001	一次性带过滤组件腹部穿刺器	CCA05	CCA05-110	湘械注准20242020784	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		如特殊穿刺针(器)	用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立工作通道 。	一次性带过滤组件腹部穿刺器包括穿刺器和一次性无菌过滤器管组（ 选配）。其中，穿刺器由穿刺套管和穿刺杆组成。根据是否配备一次性无菌过滤器管组，分为CCA（配备）、CCB（不配）两种型号。一次性无菌过滤器管组由过滤器和导管组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

9044	C07110214802002020840000015	定制式活动矫治器	JMJZ-HA	JMJZ-HA	渝械注准20192170114	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522021	单侧唇腭裂序列正畸治疗	包括：单侧牙槽突裂、无骨骼畸形和面部畸形、腭托使用的正畸治疗；不含替牙期植骨前后的正畸治疗	乳牙期用于解除后牙反颌、前牙反颌的活动矫治器或固定矫治器、恒牙期用于解除后牙反颌、前牙反颌的活动矫治器或固定矫治器、颈牵引、低位头帽牵引等附加装置	乳牙期用于解除后牙反颌的活动矫治器	主要用于预防、阻断、治疗患者错颌畸形。	弯制基托型活动矫治器（JMJZ-HA）由牙科金属丝（正畸丝，牙用不锈钢丝）、树脂基托材料，以及螺旋扩弓器、口外正畸牵引装置、托槽等预成附件中的部分或全部，经过牙科金属丝弯制、充胶、焊接、打磨抛光等工序的部分或全部工艺制作而成。膜片压制型活动矫治器（JMJZ-	通过			第12批

9045	C02071605400000209690000001	一次性使用连通板	K08-LTB3FA	K08-LTB3FA	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9046	C02071605400000209690000002	一次性使用连通板	K08-LTB1NA	K08-LTB1NA	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9047	C02071605400000209690000003	一次性使用连通板	K08-LTB2FA	K08-LTB2FA	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9048	C02071605400000209690000004	一次性使用连通板	K08-LTB3NB	K08-LTB3NB	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9049	C02071605400000209690000005	一次性使用连通板	K08-LTB1FA	K08-LTB1FA	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9050	C02071605400000209690000006	一次性使用连通板	K08-LTB1NB	K08-LTB1NB	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9051	C02071605400000209690000007	一次性使用连通板	K08-LTB2FB	K08-LTB2FB	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9052	C02071605400000209690000008	一次性使用连通板	K08-LTB2NB	K08-LTB2NB	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9053	C02071605400000209690000009	一次性使用连通板	K08-LTB2NA	K08-LTB2NA	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9054	C02071605400000209690000010	一次性使用连通板	K08-LTB3NA	K08-LTB3NA	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9055	C02071605400000209690000011	一次性使用连通板	K08-LTB1FB	K08-LTB1FB	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9056	C02071605400000209690000012	一次性使用连通板	K08-LTB3FB	K08-LTB3FB	国械注准20243140125	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通	一次性使用连通板用于血管介入手术中，用于器械间的连接及流路控制。	一次性使用连通板由主体、手柄、接头（含接头芯、接头盖、O型圈、 接头主体）、延长管组成；主体材质为聚碳酸酯（PC），手柄材质为聚甲醛（POM），接头材质为聚碳酸酯（PC）和硅胶，延长管材质为含增塑剂TOTM的聚氯乙烯（PVC）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9057	C02071805400000092220000001	Y型连接器	YCK111	YCK111	沪械注准20242030313	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通接头	产品用于PTCA 手术中， 在体外辅助建立导引钢丝进入人体的工作通道。	Y 型连接器由 Y 阀、塑型针和扭转器组成。Y 阀主要由硅橡胶和 PC 制备；塑型针主要由医用不锈钢和 PC 制备；扭转器主要由 ABS 制备。	通过			第12批

9058	C02071605400000092220000005	介入手术器械-三通旋塞	KDL-YX-017-02	KDL-YX-017-02	国械注准20193031843	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通接头	该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。	介入手术器械基本配置组成：导管鞘(鞘、扩张器、导引导丝、穿刺针)、三通旋塞(二连三通/三连三通/四连三通)、造影剂推入器(即三环注射器)、穿刺针、手术刀、压力延长管、Y型连接器、球囊扩张压力泵。介入手术器械可选配置：输液器。该产品无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年	通过			第12批

9059	C02071805400000092220000004	介入手术器械-Y型连接器	YCK111	KDL-YX-029-01	国械注准20193031843	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通接头	该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。	介入手术器械基本配置组成：导管鞘(鞘、扩张器、导引导丝、穿刺针)、三通旋塞(二连三通/三连三通/四连三通)、造影剂推入器(即三环注射器)、穿刺针、手术刀、压力延长管、Y型连接器、球囊扩张压力泵。介入手术器械可选配置：输液器。该产品无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年	通过			第12批

9060	C02072005400000092220000001	介入手术器械-压力延长管	120cm	KDL-YX-020-04	国械注准20193031843	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通接头	该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。	介入手术器械基本配置组成：导管鞘(鞘、扩张器、导引导丝、穿刺针)、三通旋塞(二连三通/三连三通/四连三通)、造影剂推入器(即三环注射器)、穿刺针、手术刀、压力延长管、Y型连接器、球囊扩张压力泵。介入手术器械可选配置：输液器。该产品无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年	通过			第12批

9061	C02072005400000092220000003	介入手术器械-压力延长管	60cm	KDL-YX-020-02	国械注准20193031843	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通接头	该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。	介入手术器械基本配置组成：导管鞘(鞘、扩张器、导引导丝、穿刺针)、三通旋塞(二连三通/三连三通/四连三通)、造影剂推入器(即三环注射器)、穿刺针、手术刀、压力延长管、Y型连接器、球囊扩张压力泵。介入手术器械可选配置：输液器。该产品无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年	通过			第12批

9062	C02071805400000209690000001	旋转式Y接头组件	K12-RY01	K12-RY01	冀械注准20232030438	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	本产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	旋转式Y接头组件由Y接头、通丝针、扭转器、延长管组成。	通过			第12批

9063	C02071805400000209690000002	旋转式Y接头组件	K12-RY02	K12-RY02	冀械注准20232030438	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	本产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	旋转式Y接头组件由Y接头、通丝针、扭转器、延长管组成。	通过			第12批

9064	C02071805400000209690000003	旋转式Y接头组件	K12-RY03	K12-RY03	冀械注准20232030438	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	本产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	旋转式Y接头组件由Y接头、通丝针、扭转器、延长管组成。	通过			第12批

9065	C02071805400000209690000004	旋转式Y接头组件	K12-RY04	K12-RY04	冀械注准20232030438	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	本产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	旋转式Y接头组件由Y接头、通丝针、扭转器、延长管组成。	通过			第12批

9066	C02071805400000209690000005	旋转式Y接头组件	K12-RY05	K12-RY05	冀械注准20232030438	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	本产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	旋转式Y接头组件由Y接头、通丝针、扭转器、延长管组成。	通过			第12批

9067	C02071805400000209690000006	旋转式Y接头组件	K12-RY06	K12-RY06	冀械注准20232030438	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		三联三通接头	本产品用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液流出。	旋转式Y接头组件由Y接头、通丝针、扭转器、延长管组成。	通过			第12批

9068	C02071605400000092220000001	一次性使用三通旋塞	三连三通	三连三通	沪械注准20242030122	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		三联三通接头	该产品用于介入手术中压力检测管路中的连接、输液和通路切换。	三通旋塞由旋转接头、阀旋钮和阀体组成。旋转接头由聚碳酸酯（PC）和硅橡胶制造，阀旋钮由聚甲醛（POM）材料制造，阀体由聚碳酸酯(PC)材料制造。本产品经环氧乙烷灭菌。	不通过	三通旋塞结构及组成是一种具有旋转功能的阀门。三联三通接头是指具有三个接口的连接件，通常用于将三条管路连接在一起，实现多路流体的汇聚或分流。它不涉及旋转功能，主要作用是固定和连接管路。		第12批

9069	C09010203500000105770000046	一次性使用腔静脉插管	36/51F	双级	国械注准20153100871	丙类	035-引流装置类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	上下腔静脉插管	适用于各种需要建立体外循环进行心脏手术的病例，使用时插入并固定于上下腔静脉内，将人体血液引流至体外循环系统。其中双级腔静脉插管适用于成人。	一次性使用腔静脉插管管体材质为医用聚氯乙烯材料，加强衬材质为不锈钢丝（0Cr18Ni9）。该产品分为单级和双级两种类型。单级腔静脉插管中部具有钢丝加强衬，病人端和机器端无钢丝加强衬，病人端无钢丝加强部分管体具有引流孔。双级腔静脉插管具有两段钢丝加强衬，靠	通过			第12批

9070	C09010203500000105770000047	一次性使用腔静脉插管	28/36F	双级	国械注准20153100871	丙类	035-引流装置类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	上下腔静脉插管	适用于各种需要建立体外循环进行心脏手术的病例，使用时插入并固定于上下腔静脉内，将人体血液引流至体外循环系统。其中双级腔静脉插管适用于成人。	一次性使用腔静脉插管管体材质为医用聚氯乙烯材料，加强衬材质为不锈钢丝（0Cr18Ni9）。该产品分为单级和双级两种类型。单级腔静脉插管中部具有钢丝加强衬，病人端和机器端无钢丝加强衬，病人端无钢丝加强部分管体具有引流孔。双级腔静脉插管具有两段钢丝加强衬，靠	通过			第12批
9071	C05010112500000042540000003	一次性使用射频消融电极-套盒	60832	60832	国械注进20163013140	丙类	125-消融工具类	否			是	330803016	迷宫手术(房颤矫治术)	包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术；不含心表电生理标测	射频消融电极	射频消融电极	本产品配合本公司生产的射频发生器（型号：68000）使用，用于心脏外科直视开胸手术中利用射频能量消融心肌组织	本产品包括BP2外科消融笔套盒（含双极消融钳和单极消融笔）、LP外科消融笔套盒（含双极消融钳和单极消融笔）、单极加长型消融笔组	通过			第12批

9072	C05010112500000042540000004	一次性使用射频消融电极-套盒	60842	60842	国械注进20163013140	丙类	125-消融工具类	否			是	330803016	迷宫手术(房颤矫治术)	包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术；不含心表电生理标测	射频消融电极	射频消融电极	本产品配合本公司生产的射频发生器（型号：68000）使用，用于心脏外科直视开胸手术中利用射频能量消融心肌组织	本产品包括BP2外科消融笔套盒（含双极消融钳和单极消融笔）、LP外科消融笔套盒（含双极消融钳和单极消融笔）、单极加长型消融笔组	通过			第12批
9073	C05010212500000101550000005	一次性使用无菌双极射频消融钳	MZ-RFO	MZ-RFO	京械注准20192010595	丙类	125-消融工具类	否			是	330803016	迷宫手术(房颤矫治术)	包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术；不含心表电生理标测	射频消融电极	射频消融电极	一次性使用无菌双极射频消融钳与本公司生产的MZ-RFS-I型射频消融系统配合使用，用于非内窥镜心、胸外科手术中对组织的消融。	一次性使用无菌双极射频消融钳由钳夹、电极、连接管、手柄、推杆、按钮、电缆和连接插头、适配插头（选配）组成。连接带为RFC、RFM型号钳的配件。	通过			第12批
9074	C05010212500000101550000006	一次性使用无菌双极射频消融钳	MZ-RFM	MZ-RFM	京械注准20192010595	丙类	125-消融工具类	否			是	330803016	迷宫手术(房颤矫治术)	包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术；不含心表电生理标测	射频消融电极	射频消融电极	一次性使用无菌双极射频消融钳与本公司生产的MZ-RFS-I型射频消融系统配合使用，用于非内窥镜心、胸外科手术中对组织的消融。	一次性使用无菌双极射频消融钳由钳夹、电极、连接管、手柄、推杆、按钮、电缆和连接插头、适配插头（选配）组成。连接带为RFC、RFM型号钳的配件。	通过			第12批

9075	C14100218900000078100000010	神经丛刺激阻滞针	21G*100mm	001180-77	国械注进20163083277	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100002	神经阻滞麻醉	包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等	神经刺激器耗材	神经刺激器耗材	产品适用于外周神经丛的阻滞及刺激。	产品由神经刺激阻滞针、神经刺激阻滞针套管、导管及导管接头、过滤器、Fixolong固定系统、注射管、穿刺针组成，具体规格型号及描述见产品技术要求附录。产品均为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有	通过			第12批
9076	C14100218900000078100000014	神经丛刺激阻滞针	22G*50mm	001180-74	国械注进20163083277	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100002	神经阻滞麻醉	包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等	神经刺激器耗材	神经刺激器耗材	产品适用于外周神经丛的阻滞及刺激。	产品由神经刺激阻滞针、神经刺激阻滞针套管、导管及导管接头、过滤器、Fixolong固定系统、注射管、穿刺针组成，具体规格型号及描述见产品技术要求附录。产品均为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有	通过			第12批

9077	C07020608101000148040000004	口腔可吸收生物膜	40mm×30mm	RCM-B	国械注准20213170483	丙类	081-修复材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	适用于下列牙周和牙槽骨软硬组织修复治疗，起物理阻隔作用，通常与骨粉联合使用，防止充填材料移动：拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充；牙槽嵴增高；牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复	该产品是一种白色或淡黄色薄膜，由猪源组织经一系列处理后制成，主要成分为胶原的生物制品。	通过			第12批
9078	C07020608101000148040000009	口腔可吸收生物膜	22mm×16mm	RCM-A	国械注准20213170483	丙类	081-修复材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	适用于下列牙周和牙槽骨软硬组织修复治疗，起物理阻隔作用，通常与骨粉联合使用，防止充填材料移动：拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充；牙槽嵴增高；牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复	该产品是一种白色或淡黄色薄膜，由猪源组织经一系列处理后制成，主要成分为胶原的生物制品。	通过			第12批

9079	C07020608101000148040000017	口腔可吸收生物膜	30mm×20mm	RCM-A	国械注准20213170483	丙类	081-修复材料类	否			是	330609008	引导骨组织再生术		生物膜、固定钉	生物膜	适用于下列牙周和牙槽骨软硬组织修复治疗，起物理阻隔作用，通常与骨粉联合使用，防止充填材料移动：拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充；牙槽嵴增高；牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复	该产品是一种白色或淡黄色薄膜，由猪源组织经一系列处理后制成，主要成分为胶原的生物制品。	通过			第12批
9080	C14230801000000049350000029	一次性使用泵用避光延长管带针	YEB01-NF	YEB01-NF	国械注准20193140915	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品与注射器连接，与微量注射泵配套使用。本产品避光波长范围为290nm-450nm，适用于光敏性药物（硝酸甘油注射液、尼莫地平注射液、盐酸多巴胺注射液、注射用硝普钠、呋塞米注射液、紫杉醇注射液、氟尿嘧啶注射液、盐酸替罗非班氯化钠注射液、去乙酰毛花苷注射液、托拉	本产品由保护套（可选件）、圆锥接头、夹子、三通（可选件）、输液管路、精密药液过滤器（可选件）、静脉输液针（可选件）组成。输液管路和静脉输液针管路为双层管路，内外层均为热塑性弹性体（TPE），外层添加避光剂为Pigment Red254、Pigment Yellow138。精密药	通过			第12批

9081	C14161000400000071870000026	一次性使用避光压力延长管	\	\	国械注准20183141606	丙类	004-导管类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	产品用于加长、连接输液管路。产品避光范围为290nm-450nm，适用于光敏性药物盐酸多巴胺、注射用长春西汀、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液的输注。	产品由内鲁尔圆锥接头、外鲁尔圆锥接头、内鲁尔圆锥盖帽、外鲁尔圆锥盖帽、硅胶垫和连接管组成，连接管为双层结构。一次性使用，环氧乙烷灭菌	通过			第12批
9082	C14230801000000104950000023	一次性使用避光压力延长管	BYT-120	BYT-120	国械注准20253140033	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品用于加长、连接输液管路。本产品避光范围为290nm～450nm，适用于光敏性药物盐酸多巴胺、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液的输注。	由螺纹帽、内圆锥接头、管体、外圆锥接头和保护帽组成，管体为双层结构。螺纹帽由苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物制成，内圆锥接头和外圆锥接头由聚碳酸酯制成，管体内层由聚氯乙烯制成，管体外层由聚氯乙烯＋7286VM色母制成，保护帽由聚乙烯制成。聚氯乙烯所用	通过			第12批

9083	C14230801000000104950000024	一次性使用避光压力延长管	BYT-150	BYT-150	国械注准20253140033	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品用于加长、连接输液管路。本产品避光范围为290nm～450nm，适用于光敏性药物盐酸多巴胺、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液的输注。	由螺纹帽、内圆锥接头、管体、外圆锥接头和保护帽组成，管体为双层结构。螺纹帽由苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物制成，内圆锥接头和外圆锥接头由聚碳酸酯制成，管体内层由聚氯乙烯制成，管体外层由聚氯乙烯＋7286VM色母制成，保护帽由聚乙烯制成。聚氯乙烯所用	通过			第12批

9084	C14230801000000104950000025	一次性使用避光压力延长管	BYT-200	BYT-200	国械注准20253140033	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品用于加长、连接输液管路。本产品避光范围为290nm～450nm，适用于光敏性药物盐酸多巴胺、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液的输注。	由螺纹帽、内圆锥接头、管体、外圆锥接头和保护帽组成，管体为双层结构。螺纹帽由苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物制成，内圆锥接头和外圆锥接头由聚碳酸酯制成，管体内层由聚氯乙烯制成，管体外层由聚氯乙烯＋7286VM色母制成，保护帽由聚乙烯制成。聚氯乙烯所用	通过			第12批

9085	C14230801000000104950000026	一次性使用避光压力延长管	BYT-80	BYT-80	国械注准20253140033	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品用于加长、连接输液管路。本产品避光范围为290nm～450nm，适用于光敏性药物盐酸多巴胺、呋塞米、盐酸氯丙嗪注射液的输注。	由螺纹帽、内圆锥接头、管体、外圆锥接头和保护帽组成，管体为双层结构。螺纹帽由苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物制成，内圆锥接头和外圆锥接头由聚碳酸酯制成，管体内层由聚氯乙烯制成，管体外层由聚氯乙烯＋7286VM色母制成，保护帽由聚乙烯制成。聚氯乙烯所用	通过			第12批

9086	C14230801000000049350000159	一次性使用输注泵用管路	PYT-0.2220cm	PYT-0.2220cm 序列号SE	国械注准20233141132	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品适用于与各类输注泵配套使用，也可用于加长管路	一次性使用输注泵用管路由保护套、圆锥接头、输液管路、止水夹、精密药液过滤器（过滤介质孔径为2.0μm、3.0μm、5.0μm）、静脉输液针组成，其中保护套、精密药液过滤器和静脉输液针为可选件。产品主要采用聚乙烯（PE）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）增塑聚氯乙烯（PVC）、	通过			第12批

9087	C14230801000000049350000167	一次性使用输注泵用管路	PYT-F0420cm	PYT-F0420cm 序列号SE	国械注准20233141132	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品适用于与各类输注泵配套使用，也可用于加长管路	一次性使用输注泵用管路由保护套、圆锥接头、输液管路、止水夹、精密药液过滤器（过滤介质孔径为2.0μm、3.0μm、5.0μm）、静脉输液针组成，其中保护套、精密药液过滤器和静脉输液针为可选件。产品主要采用聚乙烯（PE）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）增塑聚氯乙烯（PVC）、	通过			第12批

9088	C14230801000000104950000011	一次性使用微量泵前管	2.0*60	2.0*60	国械注准20213140693	丙类	010-管路类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	主要用于注射泵微量注射时延长输注路径。	微量泵前管有2.0和2.0Y两种型号。2.0的微量泵前管由螺纹帽、内圆锥接头、管体、外圆锥接头和保护帽组成；2.0Y 的微量泵前管由螺纹帽、内圆锥接头、管体、外圆锥接头、保护帽和药液过滤器组成，其中药液过滤器主要由上盖、 底座和过滤膜材组成。微量泵前管的管体由聚氨酯（PU） 制	通过			第12批

9089	C14230900400000020300000329	一次性输液延长管	SPL-P(150cm)	SPL-P	国械注准20233140203	丙类	004-导管类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品应用于各种输液操作中，有需要连通输液容器、延长输液管路、高压输注时使用。	本产品由护帽、内圆锥接头、外圆锥接头、管路、药液过滤器(15μm)、保护帽、止流夹/卡片、肝素帽、三通型软管座、三通阀、端帽组成。配件除管路外，其它都是可选配件。管路采用聚氨酯（TPU）材料挤塑制成。环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
9090	C14230900400000020300004505	一次性输液延长管	2.6mm×150cm	PYC-7	国械注准20233141789	丙类	004-导管类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品在临床输液过程中连接输液器具或输注设备（如输注泵、微量注射泵），用于药液过滤、加药以及延长输液管路，可用于压力输注，也可用于重力输注。	本产品由保护帽 、内圆锥接头 、管路、药液过滤器（15μm）、护帽、外圆锥接头、卡片、止流夹、注射件组成。配件除管路外，其它都是可选配件。管路所用的原材料为TOTM增塑的聚氯乙烯材料。本产品可耐受200 kPa压力。环氧乙烷灭	通过			第12批

9091	C14230900400000020300001383	一次性输液延长管	4.0mm×150cm	JYC-1	国械注准20233141909	丙类	004-导管类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品在临床输液过程中连接输液器具或输注设备（如输注泵、微量注射泵），用于药液过滤、加药以及延长输液管路，可用于压力输注，也可用于重力输注。本产品可耐受200kPa压力。	本产品由护帽、内圆锥接头、外圆锥接头、管路、精密药液过滤器(标称孔径1.2μm、2.0μm、3.0μm、5.0μm)、保护帽、止流夹/卡片、注射件组成。配件除管路外，其它都是可选配件。管路所用的原材料为DEHP增塑的聚氯乙烯材料，其他组件原材料详见技术要求。环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

9092	C14230900400000020300003365	一次性输液延长管	2.6mm×150cm	JYC-1	国械注准20233141909	丙类	004-导管类	否			是	120400006	静脉输液	包括输血	留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管	输液泵管	本产品在临床输液过程中连接输液器具或输注设备（如输注泵、微量注射泵），用于药液过滤、加药以及延长输液管路，可用于压力输注，也可用于重力输注。本产品可耐受200 kPa压力。	本产品由护帽、内圆锥接头、外圆锥接头、管路、精密药液过滤器(标称孔径1.2μm、2.0μm、3.0μm、5.0μm)、保护帽、止流夹/卡片、注射件组成。配件除管路外，其它都是可选配件。管路所用的原材料为DEHP增塑的聚氯乙烯材料，其他组件原材料详见技术要求。环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

9093	C02064006502013118570000002	栓塞弹簧圈	CP0218L1014	CP0218L1014	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9094	C02064006502013118570000003	栓塞弹簧圈	CP0218L0207	CP0218L0207	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9095	C02064006502013118570000004	栓塞弹簧圈	CP0218L0514	CP0218L0514	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9096	C02064006502013118570000005	栓塞弹簧圈	CP0218L0607	CP0218L0607	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9097	C02064006502013118570000006	栓塞弹簧圈	CP0218L0314	CP0218L0314	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9098	C02064006502013118570000007	栓塞弹簧圈	CP0218L0414	CP0218L0414	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9099	C02064006502013118570000011	栓塞弹簧圈	CP0218L0307	CP0218L0307	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9100	C02064006502013118570000012	栓塞弹簧圈	CP0218L0507	CP0218L0507	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9101	C02064006502013118570000013	栓塞弹簧圈	CP0218L0814	CP0218L0814	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9102	C02064006502013118570000014	栓塞弹簧圈	CP0218L0505	CP0218L0505	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9103	C02064006502013118570000016	栓塞弹簧圈	CP0218L0202	CP0218L0202	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9104	C02064006502013118570000017	栓塞弹簧圈	CP0218L0614	CP0218L0614	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9105	C02064006502013118570000018	栓塞弹簧圈	CP0218L0807	CP0218L0807	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9106	C02064006502014118570000002	栓塞弹簧圈	CP0235L0414	CP0235L0414	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9107	C02064006502014118570000004	栓塞弹簧圈	CP0235L1014	CP0235L1014	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9108	C02064006502014118570000005	栓塞弹簧圈	CP0235L1820	CP0235L1820	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9109	C02064006502014118570000007	栓塞弹簧圈	CP0235L0814	CP0235L0814	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9110	C02064006502014118570000008	栓塞弹簧圈	CP0235L1814	CP0235L1814	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9111	C02064006502014118570000012	栓塞弹簧圈	CP0235L1420	CP0235L1420	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9112	C02064006502014118570000013	栓塞弹簧圈	CP0235L2020	CP0235L2020	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9113	C02064006502014118570000014	栓塞弹簧圈	CP0235L1020	CP0235L1020	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9114	C02064006502014118570000015	栓塞弹簧圈	CP0235L2014	CP0235L2014	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9115	C02064006502014118570000016	栓塞弹簧圈	CP0235L1220	CP0235L1220	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9116	C02064006502014118570000018	栓塞弹簧圈	CP0235L1620	CP0235L1620	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9117	C02064006502014118570000019	栓塞弹簧圈	CP0235L1614	CP0235L1614	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9118	C02064006502014118570000020	栓塞弹簧圈	CP0235L0614	CP0235L0614	国械注准20253131328	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。	该产品包括带纤维毛弹簧圈和输送系统两部分。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈和PET纤维组成；输送系统由装载鞘管、固定丝以及推送杆组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9119	C02064006502002004460000002	外周可解脱弹簧圈	DCS35T050080	DCS35T050080	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9120	C02064006502002004460000004	外周可解脱弹簧圈	DCS35T070120	DCS35T070120	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9121	C02064006502002004460000005	外周可解脱弹簧圈	DCS35T140240	DCS35T140240	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9122	C02064006502002004460000006	外周可解脱弹簧圈	DCS35T180320	DCS35T180320	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9123	C02064006502002004460000008	外周可解脱弹簧圈	DCS35T220390	DCS35T220390	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9124	C02064006502002004460000011	外周可解脱弹簧圈	DCS35T160280	DCS35T160280	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9125	C02064006502002004460000012	外周可解脱弹簧圈	DCS35T080140	DCS35T080140	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9126	C02064006502002004460000014	外周可解脱弹簧圈	DCS35T040060	DCS35T040060	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9127	C02064006502002004460000017	外周可解脱弹簧圈	DCS35T120210	DCS35T120210	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9128	C02064006502002004460000018	外周可解脱弹簧圈	DCS35T080200	DCS35T080200	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9129	C02064006502002004460000019	外周可解脱弹簧圈	DCS35T060200	DCS35T060200	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9130	C02064006502002004460000021	外周可解脱弹簧圈	DCS35T110190	DCS35T110190	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9131	C02064006502005004460000003	外周可解脱弹簧圈	DCS18N220600	DCS18N220600	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9132	C02064006502005004460000033	外周可解脱弹簧圈	DCS18N200500	DCS18N200500	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9133	C02064006502006004460000004	外周可解脱弹簧圈	DCS35N030040	DCS35N030040	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9134	C02064006502006004460000006	外周可解脱弹簧圈	DCS35N140140	DCS35N140140	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9135	C02064006502006004460000010	外周可解脱弹簧圈	DCS35N080070	DCS35N080070	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9136	C02064006502006004460000011	外周可解脱弹簧圈	DCS35N100200	DCS35N100200	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9137	C02064006502006004460000014	外周可解脱弹簧圈	DCS35N180140	DCS35N180140	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9138	C02064006502006004460000016	外周可解脱弹簧圈	DCS35N050080	DCS35N050080	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9139	C02064006502006004460000017	外周可解脱弹簧圈	DCS35N070200	DCS35N070200	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9140	C02064006502006004460000020	外周可解脱弹簧圈	DCS35N070060	DCS35N070060	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9141	C02064006502006004460000023	外周可解脱弹簧圈	DCS35N030030	DCS35N030030	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9142	C02064006502006004460000024	外周可解脱弹簧圈	DCS35N150140	DCS35N150140	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9143	C02064006502006004460000025	外周可解脱弹簧圈	DCS35N160400	DCS35N160400	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9144	C02064006502006004460000027	外周可解脱弹簧圈	DCS35N120200	DCS35N120200	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9145	C02064006502006004460000029	外周可解脱弹簧圈	DCS35N040070	DCS35N040070	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9146	C02064006502006004460000030	外周可解脱弹簧圈	DCS35N060140	DCS35N060140	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9147	C02064006502006004460000031	外周可解脱弹簧圈	DCS35N060070	DCS35N060070	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9148	C02064006502006004460000032	外周可解脱弹簧圈	DCS35N080140	DCS35N080140	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9149	C02064006502006004460000033	外周可解脱弹簧圈	DCS35N100070	DCS35N100070	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9150	C02064006502006004460000035	外周可解脱弹簧圈	DCS35N070100	DCS35N070100	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9151	C02064006502006004460000036	外周可解脱弹簧圈	DCS35N050050	DCS35N050050	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9152	C02064006502006004460000037	外周可解脱弹簧圈	DCS35N120070	DCS35N120070	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9153	C02064006502006004460000038	外周可解脱弹簧圈	DCS35N140400	DCS35N140400	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9154	C02064006502006004460000039	外周可解脱弹簧圈	DCS35N200140	DCS35N200140	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9155	C02064006502006004460000040	外周可解脱弹簧圈	DCS35N160140	DCS35N160140	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9156	C02064006502006004460000041	外周可解脱弹簧圈	DCS35N180200	DCS35N180200	国械注准20243132222	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	产品适用于外周血管的动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。	产品由弹簧圈、导入鞘和推杆组成。弹簧圈由铂钨合金弹簧、PET纤毛、PP连接线和铂铱合金解脱环构成。推杆由推杆头、绕丝、芯轴、示标和亲水涂层组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

9157	C02064206501001037280000003	微球栓塞剂	微球装量2.0mL	无色型，PVA100，微球粒径100～300μm	国械注准20253130051	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤栓塞治疗。	该产品是将聚乙烯醇进行化学修饰后形成的粒径在100μm-1200μm范围内的无色或蓝色微球，保存液为0.9%氯化钠溶液，灌装在预灌封注射器中。产品经湿热灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

9158	C02064206501001037280000008	微球栓塞剂	微球装量2.0mL	无色型，PVA300，微球粒径300～500μm	国械注准20253130051	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤栓塞治疗。	该产品是将聚乙烯醇进行化学修饰后形成的粒径在100μm-1200μm范围内的无色或蓝色微球，保存液为0.9%氯化钠溶液，灌装在预灌封注射器中。产品经湿热灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

9159	C02064206502001037280000018	微球栓塞剂	微球装量2.0mL	蓝色型，PVA100，微球粒径100～300μm	国械注准20253130051	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤栓塞治疗。	该产品是将聚乙烯醇进行化学修饰后形成的粒径在100μm-1200μm范围内的无色或蓝色微球，保存液为0.9%氯化钠溶液，灌装在预灌封注射器中。产品经湿热灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批

9160	C02064206502001037280000023	微球栓塞剂	微球装量2.0mL	蓝色型，PVA300，微球粒径300～500μm	国械注准20253130051	甲类	065-栓塞材料类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		栓塞材料	该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤栓塞治疗。	该产品是将聚乙烯醇进行化学修饰后形成的粒径在100μm-1200μm范围内的无色或蓝色微球，保存液为0.9%氯化钠溶液，灌装在预灌封注射器中。产品经湿热灭菌，一次性使用，货架有效期2年。	通过			第12批
9161	C14250420900004059770000101	一次性使用支气管堵塞器	Fr9-650	普通型	豫械注准20212081504	甲类	209-气管插管类	否			是	330100007	支气管内麻醉	含气管插管；包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗	加固气管、导管、异形管、双腔管、防激光导管、空气过滤器	双腔管	用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。	堵塞器由插管套、套囊、支气管堵塞导管、气管插管接口、呼吸回路接口、盖帽、纤维镜插孔、堵塞导管三通、带帽导管座、单向阀、指示气囊、充气管、固定夹连接件、固定夹、关节式连接器上盖、关节式连接器下盖、球囊保	不通过	除外耗材是双腔管，堵塞器结构及组成未见一体化的双腔结构。		第12批

9162	C07110114800000143940000060	定制式保持器	加卡通图片	MEJ-SB	渝械注准20202170306	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522028	正畸保持器治疗	含取模型、制作用材料	特殊材料及固定保持器、正位器、透明保持器	特殊材料	适用于牙颌畸形矫治后的疗效巩固。	树脂基托型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢丝弯制的唇弓和卡环连接制成、膜片压制型是由齿科膜片（树脂）通过真空压膜成型工艺	通过			第12批
9163	C07110114800000143940000061	定制式保持器	加闪粉	MEJ-SB	渝械注准20202170306	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522028	正畸保持器治疗	含取模型、制作用材料	特殊材料及固定保持器、正位器、透明保持器	特殊材料	适用于牙颌畸形矫治后的疗效巩固。	树脂基托型是由正畸基托聚合物将牙用不锈钢丝弯制的唇弓和卡环连接制成、膜片压制型是由齿科膜片（树脂）通过真空压膜成型工艺	通过			第12批
9164	C03160409201004141310000001	定制式手术导板	AB-05M	AB-05M	粤械注准20232040410	丙类	092-导板类	否			是	330607001	上颌雷弗特I型截骨术(LeFort)	包括上颌雷弗特(LeFort)I型分块截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切取	特殊材料	特殊材料	用于截骨时的定位、导向及保护。在使用过程中不会接触中枢神经系统或血液循环系统，不与椎间隙接触。	由高分子材料光敏树脂（主要成分：聚氨酯丙烯酸酯、二脲烷二甲基丙烯酸酯异构体混合物、甲基丙烯酸羟乙酯）制成	通过			第12批
9165	C03160409201004141310000008	定制式手术导板	AB-01L	AB-01L	粤械注准20232040410	丙类	092-导板类	否			是	330607005	下颌升支截骨术	包括下颌升支矢状劈开截骨术、口内或口外入路下颌升支垂直截骨术、下颌升支倒L形截骨术、C形截骨术、骨内坚固内固定术；不	特殊材料	特殊材料	用于截骨时的定位、导向及保护。在使用过程中不会接触中枢神经系统或血液循环系统，不与椎间隙接触。	由高分子材料光敏树脂（主要成分：聚氨酯丙烯酸酯、二脲烷二甲基丙烯酸酯异构体混合物、甲基丙烯酸羟乙酯）制成。	通过			第12批

9166	C03160409201004141310000010	定制式手术导板	AB-02M	AB-02M	粤械注准20232040410	丙类	092-导板类	否			是	330607001	上颌雷弗特I型截骨术(LeFort)	包括上颌雷弗特(LeFort)I型分块截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切取	特殊材料	特殊材料	用于截骨时的定位、导向及保护。在使用过程中不会接触中枢神经系统或血液循环系统，不与椎间隙接触。	由高分子材料光敏树脂（主要成分：聚氨酯丙烯酸酯、二脲烷二甲基丙烯酸酯异构体混合物、甲基丙烯酸羟乙酯）制成	通过			第12批
9167	C02061300114036246520000001	肺动脉血栓清除系统-取栓支架导管	FVS-06-10	FVS-06-10	国械注准20253030908	甲类	001-支架类	否			是	320200008	经皮动脉内超声血栓消融术		特殊材料	特殊材料	产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：(1)有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；(2)有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效	肺动脉血栓清除系统由抽吸导管和取栓支架导管两部分组成。抽吸导管包括抽吸管、导引管、抽吸器、穿刺扩张器和Y型连接阀；取栓支架导管包括输送导管和支架导管。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材为特殊材料，与结构组成血栓清除系统不一致		第12批

9168	C02061300114036246520000002	肺动脉血栓清除系统-取栓支架导管	FVS-10-14	FVS-10-14	国械注准20253030908	甲类	001-支架类	否			是	320200008	经皮动脉内超声血栓消融术		特殊材料	特殊材料	产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：(1)有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；(2)有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效	肺动脉血栓清除系统由抽吸导管和取栓支架导管两部分组成。抽吸导管包括抽吸管、导引管、抽吸器、穿刺扩张器和Y型连接阀；取栓支架导管包括输送导管和支架导管。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材为特殊材料，与结构组成血栓清除系统不一致		第12批
9169	C02061300114036246520000003	肺动脉血栓清除系统-取栓支架导管	FVS-14-19	FVS-14-19	国械注准20253030908	甲类	001-支架类	否			是	320200008	经皮动脉内超声血栓消融术		特殊材料	特殊材料	产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：(1)有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；(2)有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效	肺动脉血栓清除系统由抽吸导管和取栓支架导管两部分组成。抽吸导管包括抽吸管、导引管、抽吸器、穿刺扩张器和Y型连接阀；取栓支架导管包括输送导管和支架导管。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材为特殊材料，与结构组成血栓清除系统不一致		第12批

9170	C02062900400012246520000001	肺动脉血栓清除系统-抽吸导管	FVC-16-100	FVC-16-100	国械注准20253030908	甲类	004-导管类	否			是	320200008	经皮动脉内超声血栓消融术		特殊材料	特殊材料	产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：(1)有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；(2)有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效	肺动脉血栓清除系统由抽吸导管和取栓支架导管两部分组成。抽吸导管包括抽吸管、导引管、抽吸器、穿刺扩张器和Y型连接阀；取栓支架导管包括输送导管和支架导管。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材为特殊材料，与结构组成血栓清除系统不一致		第12批
9171	C02062900400012246520000002	肺动脉血栓清除系统-抽吸导管	FVC-20-090	FVC-20-090	国械注准20253030908	甲类	004-导管类	否			是	320200008	经皮动脉内超声血栓消融术		特殊材料	特殊材料	产品适用于有下述情况之一的急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗：(1)有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；(2)有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效	肺动脉血栓清除系统由抽吸导管和取栓支架导管两部分组成。抽吸导管包括抽吸管、导引管、抽吸器、穿刺扩张器和Y型连接阀；取栓支架导管包括输送导管和支架导管。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	不通过	除外耗材为特殊材料，与结构组成血栓清除系统不一致		第12批

9172	C03500200000000141310000005	个性化3D打印骨科手术模型	Q-LGM	Q-LGM	粤械注准20242020042	丙类	000--	否			是	330607001	上颌雷弗特I型截骨术(LeFort)	包括上颌雷弗特(LeFort)I型分块截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术；不含骨切取	特殊材料	特殊材料	提供给临床医生，用于显示解剖内部结构，为临床医生制定手术方案和规划提供术前指导。	由高分子材料光敏树脂(主要成分:双酚A环氧树脂、氢化双酚A环氧树脂乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、3-乙基-3氧杂丁环甲醇)依据影像学设备得到的数据经转换后进行三维立体重建设计，经3D打印制成	通过			第12批
9173	C03500200000000141310000021	个性化3D打印骨科手术模型	H-LGM	H-LGM	粤械注准20242020042	丙类	000--	否			是	330607005	下颌升支截骨术	包括下颌升支矢状劈开截骨术、口内或口外入路下颌升支垂直截骨术、下颌升支倒L形截骨术、C形截骨术、骨内坚固内固定术；不含骨切取	特殊材料	特殊材料	提供给临床医生，用于显示解剖内部结构，为临床医生制定手术方案和规划提供术前指导。	由高分子材料光敏树脂(主要成分:双酚A环氧树脂、氢化双酚A环氧树脂乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、3-乙基-3氧杂丁环甲醇)依据影像学设备得到的数据经转换后进行三维立体重建设计，经3D打印制成	通过			第12批

9174	C02071207300003119400000052	止血贴	5cm×25cm	ZXT-BQ	琼械注准20202140003	丙类	073-止血装置类	否			是	320200008	经皮动脉内超声血栓消融术		特殊材料	特殊材料	供临床桡动脉穿刺插管术后、静脉穿刺或四肢出血时止血处理用	由医用胶带、吸水垫、聚碳酸酯（PC）加压版和离型层组成。医用胶带由涂以丙烯酸酯压敏胶的聚氨酯无纺布制成，A型吸收垫由棉型纤维（粘胶纤维＋聚酯纤维）和聚乙烯泡沫制成，B型吸收垫由压制后的棉型纤维（粘胶纤维＋聚酯纤维）制成，加压板为PC。离型纸	通过			第12批
9175	C07110214802001060450000001	定制式保持器	SH-BB	间隙保持器	渝械注准20232170417	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522028	正畸保持器治疗	含取模型、制作用材料	特殊材料及固定保持器、正位器、透明保持器	特殊材料及固定保持器	用于正畸治疗后防止畸形复发，牙列间隙丧失经正畸治疗回复后的保持，维持牙列形态与功能的稳定。无正畸矫治作用	定制式保持器是由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉末通过激光选区熔化工艺制作而成	通过			第12批
9176	C07110114800000060450000019	定制式保持器	SH-BA	弯制基托型保持器	渝械注准20232170418	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522028	正畸保持器治疗	含取模型、制作用材料	特殊材料及固定保持器、正位器、透明保持器	特殊材料及固定保持器	适用于巩固牙颌畸形矫治完成后的疗效	弯制基托型保持器（SH-BA）是由正畸基托聚合物将正畸丝弯制的唇弓和卡环连接制	通过			第12批

9177	C1604010260000804043000041	一次性腹腔镜用穿刺器及套装	B型	B型	苏械注准20152020856	丙类	026-穿刺器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	特殊穿刺器	临床上供腹腔镜手术建立手术通道用。	一次性腹腔镜用穿刺器及套装按产品配置分为单支装和套装，单支装按穿刺套管内径分为四种型号，套装由穿刺器、气腹针、标本袋（选配）组成，穿刺器由穿刺套、穿刺针组成，气腹针由控制开关、钢针套管、钢针组成；标本袋由TPU袋体组成。该产品以无菌状态提供，经经环氧乙烷灭	通过			第12批

9178	C1604010260000804043000042	一次性腹腔镜用穿刺器及套装	E型	E型	苏械注准20152020856	丙类	026-穿刺器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	特殊穿刺器	临床上供腹腔镜手术建立手术通道用。	一次性腹腔镜用穿刺器及套装按产品配置分为单支装和套装，单支装按穿刺套管内径分为四种型号，套装由穿刺器、气腹针、标本袋（选配）组成，穿刺器由穿刺套、穿刺针组成，气腹针由控制开关、钢针套管、钢针组成；标本袋由TPU袋体组成。该产品以无菌状态提供，经经环氧乙烷灭	通过			第12批

9179	C1604010260000804043000043	一次性腹腔镜用穿刺器及套装	D型	D型	苏械注准20152020856	丙类	026-穿刺器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	特殊穿刺器	临床上供腹腔镜手术建立手术通道用。	一次性腹腔镜用穿刺器及套装按产品配置分为单支装和套装，单支装按穿刺套管内径分为四种型号，套装由穿刺器、气腹针、标本袋（选配）组成，穿刺器由穿刺套、穿刺针组成，气腹针由控制开关、钢针套管、钢针组成；标本袋由TPU袋体组成。该产品以无菌状态提供，经经环氧乙烷灭	通过			第12批

9180	C1604010260000804043000044	一次性腹腔镜用穿刺器及套装	A型	A型	苏械注准20152020856	丙类	026-穿刺器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	特殊穿刺器	临床上供腹腔镜手术建立手术通道用。	一次性腹腔镜用穿刺器及套装按产品配置分为单支装和套装，单支装按穿刺套管内径分为四种型号，套装由穿刺器、气腹针、标本袋（选配）组成，穿刺器由穿刺套、穿刺针组成，气腹针由控制开关、钢针套管、钢针组成；标本袋由TPU袋体组成。该产品以无菌状态提供，经经环氧乙烷灭	通过			第12批

9181	C16040102600008121440002102	一次性双腔穿刺器及套装	CC12-02	CC12-02	苏械注准20222021427	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺器	该产品供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性双腔穿刺器及套装由穿刺器、一次性无菌过滤管组及测压接头组成，其中一次性无菌过滤管组及测压接头为选用配件。穿刺器按外观及结构形式不同分为 A 型、B 型、C 型三种型号，A 型由 A 型穿刺杆组件和 A 型套管组件组成，B 型由 B 型穿刺杆组件和 B 型套管组件组成，C 型由 C 型	通过			第12批

9182	C01060200700005002060000025	活检针	活检针,18G(1.2mm)×15cm	701118150	国械注进20162141057	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于人体软组织，如肝脏、脾脏、肾脏、肺、淋巴、乳房及前列腺的检查取样。	活检针由手柄和活检针（针芯、针管）组成，手柄材料为ABS工程塑料，针管和针芯均由304不锈钢材料制成；部分型号带有同轴套管针和适配器，套管针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成，针管座材料为树脂（SBC）K-Resin KR-03,针芯座材料为塑	通过			第12批

9183	C01060200700005002060000030	活检针	活检针,16G(1.6mm)×20cm	701116200	国械注进20162141057	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于人体软组织，如肝脏、脾脏、肾脏、肺、淋巴、乳房及前列腺的检查取样。	活检针由手柄和活检针（针芯、针管）组成，手柄材料为ABS工程塑料，针管和针芯均由304不锈钢材料制成；部分型号带有同轴套管针和适配器，套管针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成，针管座材料为树脂（SBC）K-Resin KR-03,针芯座材料为塑	通过			第12批

9184	C01060200700009002060000022	活检针	骨髓活检针，8G x 15.2cm	DBMNJ0806TL	国械注进20162141894	丙类	007-活检材料类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针	适用于获取骨和/或骨髓样本。	活检针由针管、针芯、手柄、鲁尔帽和 定位钮组成。其中针管和针芯的材料 均为304 不锈钢、手柄和定位钮材料 为ABS 工程塑料，鲁尔帽材料为聚丙 烯。 活检针配件包括取样管（管体、座、外套）、闭孔探针（针芯、座、外套）、探针导向器、可调节针阻器和安全针装置。 活检	通过			第12批

9185	C01060200700003002060000052	软组织活检针	Chiba,18G（1.2mm）x 15cm	MCN1806	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9186	C01060200700003002060000054	软组织活检针	Chiba,18G（1.2mm）x 20cm	MCN1808	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9187	C01060200700003002060000064	软组织活检针	Chiba,22G（0.7mm）x 15cm	MCN2206	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9188	C01060200700003002060000068	软组织活检针	Chiba,22G（0.7mm）x 9cm	MCN2203	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9189	C01060200700003002060000070	软组织活检针	Franseen,18G（1.2mm）x 15cm	MFN1806	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9190	C01060200700003002060000071	软组织活检针	Franseen,18G（1.2mm）x 15cm,U/S	MFN1806US	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9191	C01060200700003002060000088	软组织活检针	Spinal, 23G (0.6mm)×5cm	SPN2302	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9192	C01060200700003002060000089	软组织活检针	Spinal,23G(0.6mm)×9cm	SPN2303	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9193	C01060200700003002060000090	软组织活检针	Spinal,25G(0.5mm)×5cm	SPN2502	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9194	C01060200700003002060000092	软组织活检针	Spinal,18G（1.2mm）x 15cm	MSPN1806	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9195	C01060200700003002060000101	软组织活检针	Spinal,22G（0.7mm）x 9cm	MSPN2203	国械注进20152143786	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	适用于经皮对软组织进行活体检查。	产品由针座、标记弹簧、针管、针芯接头、针芯组成。针座材料为K-树脂（苯乙烯—丁二烯共聚物）、标记弹簧材料为302不锈钢、针管材料为304不锈钢、针芯接头材料为聚丙烯、针芯材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9196	C01060200700006002060000052	同轴引导活检针	17G(1.4mm)×16.8cm	MCXS1820BP	国械注进20162142162	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9197	C01060200700006002060000061	同轴引导活检针	17G(1.4mm)×9.9cm	MCXS1815LX	国械注进20162142162	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9198	C01060200700006002060000070	同轴引导活检针	17G(1.4mm)×11.8cm	MCXS1815BP	国械注进20162142162	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9199	C01060200700006002060000077	同轴引导活检针	17G(1.4mm)×6.8cm	MCXS1810BP	国械注进20162142162	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9200	C01060200700006002060000081	同轴引导活检针	15G(1.8mm)×6.8cm	MCXS1610BP	国械注进20162142162	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9201	C01060200700006002060000091	同轴引导活检针	15G(1.8mm)×11.8cm	MCXS1615BP	国械注进20162142162	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9202	C01060200700006002060000102	同轴引导活检针	16G(1.6mm)×6.8cm	MCXS1810BPU	国械注进20162142162	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9203	C01060200700006002060000103	同轴引导活检针	16G(1.6mm)×11.8cm	MCXS1815BPU	国械注进20162142162	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针用于人体软组织活体检查的引导取样。	活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成。针管材料为304不锈钢、针芯材料为304不锈钢、定位器材料为302不锈钢。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。	通过			第12批

9204	C01050300700001028970000190	一次性使用穿刺活检针	25Gx40mm RW	BN-MAR-1/VII-XI	沪械注准20212140149	丙类	007-活检材料类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针	产品用于在B超或X-线监视下，经皮穿刺，获取实质性脏器或肿瘤的活检组织样本（不适用与骨活检和脑室等中枢神经系统活检）。	一次性使用穿刺活检针由针座（带内圆锥鲁头接头）、衬芯座、针 管、衬芯、护套和游标（可选）组成。针座由K-树脂（苯乙烯- 丁二烯共聚物）（11G-15G）或聚碳酸酯（16G-27G）材料制成，衬芯座由聚乙烯（11G-15G）或聚碳酸酯（16G-27G）材料制成，针管、衬芯	通过			第12批

9205	C01050300700001028970000269	一次性使用穿刺活检针	25Gx70mm RW	BN-MAR-1/VII-XI	沪械注准20212140149	丙类	007-活检材料类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针	产品用于在B超或X-线监视下，经皮穿刺，获取实质性脏器或肿瘤的活检组织样本（不适用与骨活检和脑室等中枢神经系统活检）。	一次性使用穿刺活检针由针座（带内圆锥鲁头接头）、衬芯座、针 管、衬芯、护套和游标（可选）组成。针座由K-树脂（苯乙烯- 丁二烯共聚物）（11G-15G）或聚碳酸酯（16G-27G）材料制成，衬芯座由聚乙烯（11G-15G）或聚碳酸酯（16G-27G）材料制成，针管、衬芯	通过			第12批

9206	C03100123200002225420000006	一次性使用关节成像导管	ZJ-C630100	ZJ-C630100	苏械注准20242060472	丙类	232-关节镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	与本公司生产的电子内窥镜图像处理装置(ZJ-D1)配合使用，通过视频监视器提供影像，用于关节部位的检查和手术中观察成像。	一次性使用关节成像导管由镜管(内置物镜、CMOS 图像传感器及光纤)、手柄(内置水阀、LED 光源及线路板)、水管(进出水管)、连接线缆和附件镜鞘(ZJ-C630060 和 ZJ-C630100规格带有附件镜鞘)组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是特殊穿刺针，结构及组成是关节成像导管。		第12批

9207	C03100123200002225420000007	一次性使用关节成像导管	ZJ-C430060	ZJ-C430060	苏械注准20242060472	丙类	232-关节镜手术器械类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	与本公司生产的电子内窥镜图像处理装置(ZJ-D1)配合使用，通过视频监视器提供影像，用于关节部位的检查和手术中观察成像。	一次性使用关节成像导管由镜管(内置物镜、CMOS 图像传感器及光纤)、手柄(内置水阀、LED 光源及线路板)、水管(进出水管)、连接线缆和附件镜鞘(ZJ-C630060 和 ZJ-C630100规格带有附件镜鞘)组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	不通过	与除外耗材不一致，除外耗材是特殊穿刺针，结构及组成是关节成像导管。		第12批

9208	C01060200700004002060000131	一次性使用活检针	18ga X 10cm, Biopince 活检针	360-1080-01	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9209	C01060200700004002060000132	一次性使用活检针	16ga X 15cm, Biopince 活检针	370-1580-01	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9210	C01060200700004002060000133	一次性使用活检针	18ga X 20cm, Biopince 活检针	360-2080-01	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9211	C01060200700004002060000134	一次性使用活检针	16ga X 10cm, Biopince 活检针	370-1080-01	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9212	C01060200700004002060000135	一次性使用活检针	18ga X 15cm, Biopince 活检针	360-1580-01	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9213	C01060200700004002060000175	一次性使用活检针	16ga ×15cm 活检针	370-1580-02	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9214	C01060200700004002060000176	一次性使用活检针	18ga ×10cm 活检针	360-1080-02	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针；活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针：针管和针芯的材料均为304不锈钢；上膛扳机材料为聚碳酸酯；安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9215	C01060200700004002060000177	一次性使用活检针	16ga ×10cm 活检针	370-1080-02	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9216	C01060200700004002060000183	一次性使用活检针	18ga ×15cm 活检针	360-1580-02	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9217	C01060200700004002060000184	一次性使用活检针	18ga × 20cm 活检针	360-2080-02	国械注进20162140665	丙类	007-活检材料类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊穿刺针	活检针适用于人体肝、肾、肺、腹部包块等软组织的样本获取。	一次性使用活检针含活检针、引导针； 活检针由针管、针芯、上膛扳机、手柄、安全锁、激发按钮组成。配套的引导针由针管、针芯、针管座、针芯座组成。活检针： 针管和针芯的材料均为304不锈钢； 上膛扳机材料为聚碳酸酯； 安全锁、激发按钮材料均为ABS工程塑料，01型活检针的手柄	通过			第12批

9218	C160402026000012101100000002	一次性带过滤组件腹部穿刺器	CCA10	CCA10-110	湘械注准20242020784	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立工作通道 。	一次性带过滤组件腹部穿刺器包括穿刺器和一次性无菌过滤器管组（ 选配）。其中，穿刺器由穿刺套管和穿刺杆组成。根据是否配备一次性无菌过滤器管组，分为CCA（配备）、CCB（不配）两种型号。一次性无菌过滤器管组由过滤器和导管组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

9219	C160402026000012101100000003	一次性带过滤组件腹部穿刺器	CCA12	CCA12-110	湘械注准20242020784	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立工作通道 。	一次性带过滤组件腹部穿刺器包括穿刺器和一次性无菌过滤器管组（ 选配）。其中，穿刺器由穿刺套管和穿刺杆组成。根据是否配备一次性无菌过滤器管组，分为CCA（配备）、CCB（不配）两种型号。一次性无菌过滤器管组由过滤器和导管组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

9220	C16040102600007009770000625	一次性多通道单孔腔镜穿刺器	4A-50×150	ⅡA	闽械注准20172020242	丙类	026-穿刺器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	特殊穿刺针(器)	适用于腔镜手术，在手术中作为手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口和手术操作的通道。	该产品由多通道密封体、切口保护套、过滤组件、支撑环、转接头和密封堵头组成。切口保护套由置入环、外卡环、通道组成，I型、X型多通道密封体由密封体（含基座）、器械通道组成，Ⅱ型多通道密封体由密封体（含基座）、器械通道（含穿刺套管和密封圈）、注气阀、穿刺针组成，Ⅲ型	通过			第12批

9221	C16040102600007009770000627	一次性多通道单孔腔镜穿刺器	4B-50×150	ⅡA	闽械注准20172020242	丙类	026-穿刺器类	否			是	HNB73501	经腹腔镜脾部分切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，游离脾脏，结扎切断脾周围韧带，分离脾蒂血管，按预定脾段结扎血管，切除部分脾，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)，钛夹，吻合器，缝合器	特殊穿刺针(器)	适用于腔镜手术，在手术中作为手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口和手术操作的通道。	该产品由多通道密封体、切口保护套、过滤组件、支撑环、转接头和密封堵头组成。切口保护套由置入环、外卡环、通道组成，I型、X型多通道密封体由密封体（含基座）、器械通道组成，Ⅱ型多通道密封体由密封体（含基座）、器械通道（含穿刺套管和密封圈）、注气阀、穿刺针组成，Ⅲ型	通过			第12批

9222	C160401026000080703000000001	一次性使用穿刺器	KYNCB-15	KYNCB-15	苏械注准20172022199	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	通过			第12批

9223	C160401026000080703000000002	一次性使用穿刺器	KYNCB-16	KYNCB-16	苏械注准20172022199	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	通过			第12批

9224	C160401026000080703000000003	一次性使用穿刺器	KYNCB-10	KYNCB-10	苏械注准20172022199	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9225	C160401026000080703000000006	一次性使用穿刺器	KYNCA-05	KYNCA-05	苏械注准20172022199	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	通过			第12批

9226	C160401026000080703000000007	一次性使用穿刺器	KYNCA-15	KYNCA-15	苏械注准20172022199	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	通过			第12批

9227	C160401026000080703000000008	一次性使用穿刺器	KYNCA-12	KYNCA-12	苏械注准20172022199	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	通过			第12批

9228	C160401026000080703000000009	一次性使用穿刺器	KYNCA-16	KYNCA-16	苏械注准20172022199	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	通过			第12批

9229	C160401026000080703000000010	一次性使用穿刺器	KYNCA-10	KYNCA-10	苏械注准20172022199	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。	一次性使用穿刺器由穿刺锥和穿刺套管(套管、注气阀、密封帽、阻气密封片)组成。根据穿刺锥头部材料(金属、塑料)不同分为两种型号；按穿刺套内径不同分为五种规格，穿刺锥金属由12Cr18Ni9制成，穿刺锥塑料由PC 制成，套管、注气阀由PC制成，密封帽、阻气密封片由硅胶制成。该产品	通过			第12批

9230	C11011318710022118590000004	一次性使用腹壁缝合器	针长度100±5mm 针直径1.6±0.2mm	WPFB-C-1.6×100	苏械注准20192021041	丙类	187-缝合器类	否			是	HQK75501	经腹腔镜胆囊切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，解剖胆囊三角，胆囊动脉结扎，胆囊管结扎，游离切除胆囊，处理胆囊床，置管引出固定，缝合切口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	适用于在腹腔镜手术中缝线抓取，实现腹壁切口或戳卡洞口缝合。	一次性使用腹壁缝合器以产品型式分为A、B、C、D 四种型号，每个型号按照穿刺针的长度和直径分为不同规格。缝合器主要由手柄、穿刺针、按钮、盖帽、夹钳组成，其中压线器和导引头为选配件。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9231	C14100118900002227160000001	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-S	AS-S	国械注准20153082237	甲类	189-麻醉套包类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	临床适用于硬脊膜外麻醉、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬脊膜外和腰椎联合麻醉时进行穿刺、注射药物使用。	本品的基本配置由一次性使用麻醉用针、麻醉导管及导管接头、药液过滤器组成，其他在空气过滤器、无菌注射器、注射针、低阻力注射器/玻璃注射器、导引针、负压管、消毒液刷、医用外科手套(无粉）、敷料巾、手术巾、纱布片和创可贴和胶条中选配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌，无热	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9232	C14100118900002227160000002	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E/S II	AS-E/S II	国械注准20153082237	甲类	189-麻醉套包类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	临床适用于硬脊膜外麻醉、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬脊膜外和腰椎联合麻醉时进行穿刺、注射药物使用。	本品的基本配置由一次性使用麻醉用针、麻醉导管及导管接头、药液过滤器组成，其他在空气过滤器、无菌注射器、注射针、低阻力注射器/玻璃注射器、导引针、负压管、消毒液刷、医用外科手套(无粉）、敷料巾、手术巾、纱布片和创可贴和胶条中选配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌，无热	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9233	C14100118900002227160000003	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E	AS-E	国械注准20153082237	甲类	189-麻醉套包类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	临床适用于硬脊膜外麻醉、腰椎麻醉、神经阻滞麻醉、硬脊膜外和腰椎联合麻醉时进行穿刺、注射药物使用。	本品的基本配置由一次性使用麻醉用针、麻醉导管及导管接头、药液过滤器组成，其他在空气过滤器、无菌注射器、注射针、低阻力注射器/玻璃注射器、导引针、负压管、消毒液刷、医用外科手套(无粉）、敷料巾、手术巾、纱布片和创可贴和胶条中选配。产品经环氧乙烷灭菌，无菌，无热	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9234	C01060102600002139110000001	一次性使用射频消融电极-射频套管针	20G-150-5R	CC4335R	国械注准20223011283	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机(R-2000B M1、R-2000B M2、R-2000B D1、R-2000B D2、R-2000B A1、R-2000B A2)配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。产品临床应用需按照相应临床指南、诊疗规范等要求规范开	该产品由射频消融电极和射频套管针组成。射频消融电极由温度传感器、金属管、手柄、电缆和插头组成，其中细电极金属管无绝缘涂层，尖绝缘电极和粗绝缘电极的金属管有绝缘涂层。细电极需要配合射频套管针一起使用。射频套管针由金属管、绝缘涂层、针座、衬芯、衬芯座和保护套	通过			第12批

9235	C01060102600002139110000005	一次性使用射频消融电极-射频套管针	20G-100-5	CC4325	国械注准20223011283	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针(器)	该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机(R-2000B M1、R-2000B M2、R-2000B D1、R-2000B D2、R-2000B A1、R-2000B A2)配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。产品临床应用需按照相应临床指南、诊疗规范等要求规范开	该产品由射频消融电极和射频套管针组成。射频消融电极由温度传感器、金属管、手柄、电缆和插头组成，其中细电极金属管无绝缘涂层，尖绝缘电极和粗绝缘电极的金属管有绝缘涂层。细电极需要配合射频套管针一起使用。射频套管针由金属管、绝缘涂层、针座、衬芯、衬芯座和保护套	通过			第12批

9236	C01060102600002139110000008	一次性使用射频消融电极-射频套管针	20G-100-10	CC432A	国械注准20223011283	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机(R-2000B M1、R-2000B M2、R-2000B D1、R-2000B D2、R-2000B A1、R-2000B A2)配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。产品临床应用需按照相应临床指南、诊疗规范等要求规范开	该产品由射频消融电极和射频套管针组成。射频消融电极由温度传感器、金属管、手柄、电缆和插头组成，其中细电极金属管无绝缘涂层，尖绝缘电极和粗绝缘电极的金属管有绝缘涂层。细电极需要配合射频套管针一起使用。射频套管针由金属管、绝缘涂层、针座、衬芯、衬芯座和保护套	通过			第12批

9237	C01060102600002139110000015	一次性使用射频消融电极-射频套管针	20G-150-2	CC4332	国械注准20223011283	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机(R-2000B M1、R-2000B M2、R-2000B D1、R-2000B D2、R-2000B A1、R-2000B A2)配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。产品临床应用需按照相应临床指南、诊疗规范等要求规范开	该产品由射频消融电极和射频套管针组成。射频消融电极由温度传感器、金属管、手柄、电缆和插头组成，其中细电极金属管无绝缘涂层，尖绝缘电极和粗绝缘电极的金属管有绝缘涂层。细电极需要配合射频套管针一起使用。射频套管针由金属管、绝缘涂层、针座、衬芯、衬芯座和保护套	通过			第12批

9238	C01060102600002139110000016	一次性使用射频消融电极-射频套管针	20G-150-10B	CC433AB	国械注准20223011283	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机(R-2000B M1、R-2000B M2、R-2000B D1、R-2000B D2、R-2000B A1、R-2000B A2)配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。产品临床应用需按照相应临床指南、诊疗规范等要求规范开	该产品由射频消融电极和射频套管针组成。射频消融电极由温度传感器、金属管、手柄、电缆和插头组成，其中细电极金属管无绝缘涂层，尖绝缘电极和粗绝缘电极的金属管有绝缘涂层。细电极需要配合射频套管针一起使用。射频套管针由金属管、绝缘涂层、针座、衬芯、衬芯座和保护套	通过			第12批

9239	C01060102600002139110000021	一次性使用射频消融电极-射频套管针	22G-100-2	CC4222	国械注准20223011283	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机(R-2000B M1、R-2000B M2、R-2000B D1、R-2000B D2、R-2000B A1、R-2000B A2)配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。产品临床应用需按照相应临床指南、诊疗规范等要求规范开	该产品由射频消融电极和射频套管针组成。射频消融电极由温度传感器、金属管、手柄、电缆和插头组成，其中细电极金属管无绝缘涂层，尖绝缘电极和粗绝缘电极的金属管有绝缘涂层。细电极需要配合射频套管针一起使用。射频套管针由金属管、绝缘涂层、针座、衬芯、衬芯座和保护套	通过			第12批

9240	C01060102600002139110000028	一次性使用射频消融电极-射频套管针	20G-100-5B	CC4325B	国械注准20223011283	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		特殊穿刺针(器)	该产品与北京北琪公司生产的射频控温热凝器主机(R-2000B M1、R-2000B M2、R-2000B D1、R-2000B D2、R-2000B A1、R-2000B A2)配合使用，用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗。产品临床应用需按照相应临床指南、诊疗规范等要求规范开	该产品由射频消融电极和射频套管针组成。射频消融电极由温度传感器、金属管、手柄、电缆和插头组成，其中细电极金属管无绝缘涂层，尖绝缘电极和粗绝缘电极的金属管有绝缘涂层。细电极需要配合射频套管针一起使用。射频套管针由金属管、绝缘涂层、针座、衬芯、衬芯座和保护套	通过			第12批

9241	C1604010260000811774000021	一次性使用套管穿刺器	B5	B5	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9242	C16040102600008117740000054	一次性使用套管穿刺器	T28	T28	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9243	C1604010260000811774000058	一次性使用套管穿刺器	T32	T32	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9244	C16040102600008117740000087	一次性使用套管穿刺器	T236	T236	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9245	C16040102600008117740000155	一次性使用套管穿刺器	T14	T14	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9246	C16040102600008117740000159	一次性使用套管穿刺器	T29	T29	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9247	C16040102600008117740000209	一次性使用套管穿刺器	T218	T218	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9248	C16040102600008117740000239	一次性使用套管穿刺器	T15	T15	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9249	C1604010260000811774000025 1	一次性使用套管穿刺器	T10	T10	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9250	C1604010260000811774000025 3	一次性使用套管穿刺器	B6	B6	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9251	C1604010260000811774000025 4	一次性使用套管穿刺器	C1	C1	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9252	C1604010260000811774000025	一次性使用套管穿刺器	C2	C2	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9253	C1604010260000811774000256	一次性使用套管穿刺器	C5	C5	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9254	C1604010260000811774000257	一次性使用套管穿刺器	C6	C6	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9255	C1604010260000811774000025 8	一次性使用套管穿刺器	C7	C7	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9256	C1604010260000811774000025 9	一次性使用套管穿刺器	C8	C8	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9257	C1604010260000811774000026 0	一次性使用套管穿刺器	C9	C9	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9258	C16040102600008117740000261	一次性使用套管穿刺器	C10	C10	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9259	C1604010260000811774000026 2	一次性使用套管穿刺器	D1	D1	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9260	C1604010260000811774000263	一次性使用套管穿刺器	D2	D2	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9261	C16040102600008117740000264	一次性使用套管穿刺器	D5	D5	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9262	C1604010260000811774000026 5	一次性使用套管穿刺器	D6	D6	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9263	C16040102600008117740000266	一次性使用套管穿刺器	D7	D7	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9264	C16040102600008117740000269	一次性使用套管穿刺器	D10	D10	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9265	C1604010260000811774000027	一次性使用套管穿刺器	A1	A1	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9266	C1604010260000811774000271	一次性使用套管穿刺器	D11	D11	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9267	C1604010260000811774000027 2	一次性使用套管穿刺器	A2	A2	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9268	C16040102600008117740000273	一次性使用套管穿刺器	D12	D12	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9269	C16040102600008117740000275	一次性使用套管穿刺器	B1	B1	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9270	C1604010260000811774000027	一次性使用套管穿刺器	B2	B2	浙械注准20192020341	丙类	026-穿刺器类	否			是	HPR75501	经腹腔镜阑尾切除术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，分离切除阑尾，包埋根部，止血，置管引出固定，缝合伤口。	特殊穿刺针(器)	特殊穿刺针(器)	该产品临床上供腹腔镜手术建立手术通道。	产品由穿刺针、穿刺套管、气腹针、取物袋、排气管组成。穿刺针根外形分为普通穿刺针、圆柄式穿刺针和斜面式穿刺针；穿刺套管根据外形分为固定式穿刺套管、分离式穿刺套管、圆柄式穿刺套管盒斜面式穿刺套管，穿刺套管由套管、注气阀、阻气阀、阀门（双鲁尔结构适用）密封帽组成	不通过	其组成是穿刺针，并非特殊穿刺针		第12批

9271	C02064402600002118570000001	经颈静脉肝内穿刺器械	RP010460	RP010460	国械注准20253030585	丙类	026-穿刺器类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	该产品用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。	经颈静脉肝内穿刺器械由通芯针、通芯针导管、加硬套管、加硬套管导管、10Fr扩张器、12Fr扩张器以及导引器组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。	通过			第12批

9272	C03100100000000125220000001	一次性穿刺定位网	2013	CSL	沪械注准20252040017	丙类	000--	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	产品供医疗机构用于脊柱后路微创手术中为确定穿刺点提供参考基准。	本产品为网状结构，由80%硅橡胶与20%硫酸钡组成的医用高分子硅胶材料制成。	通过			第12批

9273	C03100100000000125220000002	一次性穿刺定位网	1313	CSL	沪械注准20252040017	丙类	000--	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	产品供医疗机构用于脊柱后路微创手术中为确定穿刺点提供参考基准。	本产品为网状结构，由80%硅橡胶与20%硫酸钡组成的医用高分子硅胶材料制成。	通过			第12批

9274	C01060702000000113250000060	一次性使用射频套管	CC10521	CC10521	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9275	C01060702000000113250000063	一次性使用射频套管	CC15520	CC15520	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9276	C01060702000000113250000064	一次性使用射频套管	RFK-C151020S	RFK-C151020S	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9277	C01060702000000113250000069	一次性使用射频套管	CC10518	CC10518	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9278	C01060702000000113250000076	一次性使用射频套管	CC101020	CC101020	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9279	C01060702000000113250000078	一次性使用射频套管	CC151520	CC151520	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9280	C01060702000000113250000079	一次性使用射频套管	RFK-C10520B	RFK-C10520B	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9281	C01060702000000113250000081	一次性使用射频套管	CC10520	CC10520	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9282	C01060702000000113250000084	一次性使用射频套管	CC101018	CC101018	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9283	C01060702000000113250000086	一次性使用射频套管	CC152020	CC152020	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9284	C01060702000000113250000094	一次性使用射频套管	CC101020Z	CC101020Z	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9285	C01060702000000113250000095	一次性使用射频套管	RFK-C15520B	RFK-C15520B	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9286	C01060702000000113250000096	一次性使用射频套管	CC5422	CC5422	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9287	C01060702000000113250000099	一次性使用射频套管	CC151018	CC151018	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9288	C01060702000000113250000102	一次性使用射频套管	CC101022	CC101022	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9289	C01060702000000113250000104	一次性使用射频套管	CC10522	CC10522	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9290	C01060702000000113250000105	一次性使用射频套管	RFK-C151020B	RFK-C151020B	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9291	C01060702000000113250000107	一次性使用射频套管	CC15518	CC15518	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9292	C01060702000000113250000108	一次性使用射频套管	RFK-C101020B	RFK-C101020B	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9293	C01060702000000113250000116	一次性使用射频套管	RFK-C101018S	RFK-C101018S	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9294	C01060702000000113250000117	一次性使用射频套管	CC151020	CC151020	国械注进20193012436	丙类	020-套管类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。2.手术治疗项目中：(1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术项目按全		特殊穿刺针（器）	用于缓解疼痛治疗的射频毁损手术。	射频套管由针管座、针管、衬芯座和衬芯组成，针管表面绝缘涂层材料为聚四氟乙烯，部分产品针管外表面涂有医用硅油。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9295	C01030500302001043390000034	一次性使用泌尿道用导丝	BM-B-35-120	BM-B-35-120	粤械注准20212020346	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	本产品供内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	本产品由导丝和护套管组成。其中，芯丝材料为镍钛合金，导丝软头部分包覆层为聚氨酯（TPU）制成，导丝软头包覆层外表面亲水涂层为聚乙烯吡咯烷酮（PVP），导丝包塑层由聚四氟乙烯（PTFE）制成；护套管由聚丙烯（PP）制成。	通过			第12批

9296	C01030500301001110810000036	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-35080-P-S	GW-35080-P-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第12批

9297	C01030500302001110810000050	一次性使用无菌泌尿导丝	GW-28080-Z-S	GW-28080-Z-S	鄂械注准20232024455	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	一次性使用无菌泌尿导丝由导丝、护套管、夹扣、定位接头、导直器和护套组成，导丝可分为斑马导丝、泥鳅导丝和涂层导丝三种。斑马导丝由软头、内芯、包塑层组成；泥鳅导丝由软头、内芯、包塑层、亲水涂层组成；涂层导丝由内芯、绕丝、涂层组成。斑马导丝：软头和内芯由镍钛合	通过			第12批

9298	C01030500302005196890000001	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-38180	MN-38180	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9299	C01030500302005196890000003	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-25150	MN-25150	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9300	C01030500302005196890000005	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-28420	MN-28420	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9301	C01030500302005196890000006	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-28280	MN-28280	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9302	C01030500302005196890000008	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-32420	MN-32420	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9303	C01030500302005196890000012	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-32260	MN-32260	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9304	C01030500302005196890000013	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-38420	MN-38420	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9305	C01030500302005196890000015	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-38260	MN-38260	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9306	C01030500302005196890000018	一次性使用无菌泌尿道导丝	MN-32180	MN-32180	粤械注准20222020414	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	临床上主要用于内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	主要由保护套、软头、内芯和包塑层组成。	不通过	除外耗材是特殊导丝，结合起组成不能完全确定该产品就是特殊导丝。		第12批

9307	C01030500302001095520000004	一次性无菌导丝	（亲水性导丝）全长1500mm前端形状T	0.89mm(0.035″)	辽械注准20172020031	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	该产品由内芯、被覆层及表面涂层构成，根据结构不同型号分为亲水性导丝、斑马导丝、弹簧导丝、混合导丝四种。根据前端部分样式不同又分为直线形、弯头形和超硬弯头形三种。其中，亲水性导丝由镍钛合金（Ni56%；Ti44%）或不锈钢（06Cr19Ni10）内芯，聚氨酯被覆层，噁	通过			第12批

9308	C01030500302001095520000006	一次性无菌导丝	（斑马导丝）全长1500mm 前端形状 T	0.71mm(0.028″)	辽械注准20172020031	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	该产品由内芯、被覆层及表面涂层构成，根据结构不同型号分为亲水性导丝、斑马导丝、弹簧导丝、混合导丝四种。根据前端部分样式不同又分为直线形、弯头形和超硬弯头形三种。其中，亲水性导丝由镍钛合金（Ni56%；Ti44%）或不锈钢（06Cr19Ni10）内芯，聚氨酯被覆层，噁	通过			第12批

9309	C01030500302001095520000007	一次性无菌导丝	（斑马导丝）全长1500mm 前端形状 T	0.81mm(0.032″)	辽械注准20172020031	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	该产品由内芯、被覆层及表面涂层构成，根据结构不同型号分为亲水性导丝、斑马导丝、弹簧导丝、混合导丝四种。根据前端部分样式不同又分为直线形、弯头形和超硬弯头形三种。其中，亲水性导丝由镍钛合金（Ni56%；Ti44%）或不锈钢（06Cr19Ni10）内芯，聚氨酯被覆层，噁	通过			第12批

9310	C01030500302001095520000008	一次性无菌导丝	（斑马导丝）全长1500mm 前端形状 T	0.89mm(0.035″)	辽械注准20172020031	甲类	003-导丝类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		特殊导丝	内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用。	该产品由内芯、被覆层及表面涂层构成，根据结构不同型号分为亲水性导丝、斑马导丝、弹簧导丝、混合导丝四种。根据前端部分样式不同又分为直线形、弯头形和超硬弯头形三种。其中，亲水性导丝由镍钛合金（Ni56%；Ti44%）或不锈钢（06Cr19Ni10）内芯，聚氨酯被覆层，噁	通过			第12批

9311	C14080118400003227280000264	非吸收自封外科缝合线	7×17/2-0/21/单针	圆1/2弧	苏械注准20232021809	甲类	184-不可吸收性缝线类	否			是	HM9	13.其它		植物止血材料、各种人工血管、转流管、人工补片、特殊缝线	特殊缝线	适用于人体软组织的缝合。	非吸收自封外科缝合线由缝合线和缝合针组成。缝合线由合成材料聚酰胺6/66制成，缝合线染色剂由酞菁蓝(分子式：C32H16CuN8)材料制成，缝合线为单股结构，无涂层带倒刺；缝合针由30Cr13材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批
9312	C14080118400003227280000882	非吸收自封外科缝合线	10×28/0/21/单针	圆1/2弧	苏械注准20232021809	甲类	184-不可吸收性缝线类	否			是	HP-HQ	(十一)消化系统		防粘连凝胶(液、膜)、永磁速愈贴、生物可吸收医用膜、胶原蛋白海绵、植物止血材料、多功能手术解剖器(PMDO)吻合器，特殊缝线、补片	特殊缝线	适用于人体软组织的缝合。	非吸收自封外科缝合线由缝合线和缝合针组成。缝合线由合成材料聚酰胺6/66制成，缝合线染色剂由酞菁蓝(分子式：C32H16CuN8)材料制成，缝合线为单股结构，无涂层带倒刺；缝合针由30Cr13材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

9313	C14080118400003227280001368	非吸收自封外科缝合线	7×17/3-0/21/单针	圆1/2弧	苏械注准20232021809	甲类	184-不可吸收性缝线类	否			是	HTZ89301	全盆底重建修补术	指子宫脱垂、阴道前后壁脱垂等盆底支持组织的修补术。膀胱截石位，消毒铺巾，消毒阴道，打开阴道前后壁，利用生物网片系统与吊带系统重建盆地支持组织，修补盆底支持组织，缝合网片吊带系统，关闭阴道前后壁。不含子宫及其它盆腔脏器切除术、阴道前后壁修补术、治	补片、植物止血材料、外科手术用防粘连冲洗液、医用透明质酸钠凝胶、特殊缝线	特殊缝线	适用于人体软组织的缝合。	非吸收自封外科缝合线由缝合线和缝合针组成。缝合线由合成材料聚酰胺6/66制成，缝合线染色剂由酞菁蓝(分子式：C32H16CuN8)材料制成，缝合线为单股结构，无涂层带倒刺；缝合针由30Cr13材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9314	C17040122200003008670000043	抗HPV凝胶敷料	0.5mg/g×2g/支	I型	吉械注准20222180375	丙类	222-妇科护理类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	特殊药物	适应用于生殖道合并HPV病毒感染引起的慢性宫颈炎、阴道炎的辅助治疗。阻断生殖道HPV感染。预防HPV感染引起的宫颈病变。改善阴道微环境，减轻宫颈炎、阴道炎引起的充血、水肿、分泌物增多、瘙痒、疼痛症状，促进宫颈糜烂面的愈合。	抗HPV凝胶敷料是由贻贝足丝蛋白凝胶和一次性注入器组成（Ⅰ型）或贻贝足丝蛋白凝胶和喷瓶组成（Ⅱ型）。贻贝足丝蛋白凝胶的主要成分为贻贝足丝蛋白，蛋白含量分别为0.3mg/g、0.5mg/g、0.8mg/g、1.0mg/g、1.5mg/g，其他成分包括甲基纤维素、丙二醇、甘油和注射用水。	通过			第12批

9315	C17040122200003008670000054	抗HPV凝胶敷料	0.5mg/g×3g/支	I型	吉械注准20222180375	丙类	222-妇科护理类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	特殊药物	适应用于生殖道合并HPV病毒感染引起的慢性宫颈炎、阴道炎的辅助治疗。阻断生殖道HPV感染。预防HPV感染引起的宫颈病变。改善阴道微环境，减轻宫颈炎、阴道炎引起的充血、水肿、分泌物增多、瘙痒、疼痛症状，促进宫颈糜烂面的愈合。	抗HPV凝胶敷料是由贻贝足丝蛋白凝胶和一次性注入器组成（Ⅰ型）或贻贝足丝蛋白凝胶和喷瓶组成（Ⅱ型）。贻贝足丝蛋白凝胶的主要成分为贻贝足丝蛋白，蛋白含量分别为0.3mg/g、0.5mg/g、0.8mg/g、1.0mg/g、1.5mg/g，其他成分包括甲基纤维素、丙二醇、甘油和注射用水。	通过			第12批
9316	C17040122200003008670000115	贻贝足丝蛋白阴道凝胶敷料	0.1mg/g×3g/支	0.1mg/g×3g/支	吉械注准20222180811	丙类	222-妇科护理类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	特殊药物	适用于宫颈炎、阴道炎的辅助治疗。改善阴道微环境，减轻宫颈炎、阴道炎引起的充血、水肿、分泌物增多、瘙痒、疼痛症状。	贻贝足丝蛋白阴道凝胶敷料由贻贝足丝蛋白凝胶和一次性注入器组成。贻贝足丝蛋白凝胶的主要成分为贻贝足丝蛋白，蛋白含量为0.1mg/g、0.5mg/g、1.0mg/g，其他成分包括甲基纤维素、丙二醇、甘油和注射用水。	不通过	除外耗材是特殊药物，贻贝足丝蛋白阴道凝胶敷料是医疗器械中的医用敷料。		第12批

9317	C07010508106003091240000002	聚乳酸面部填充剂	LPPLF-220	LPPLF-220	国械注准20253131101	丙类	081-修复材料类	否			是	330609009	颜面器官缺损种植体植入术	包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入	特殊种植体	特殊种植体	该产品适用于注射到鼻唇沟部位的真皮深层，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。	该产品为聚左旋乳酸、羧甲基纤维素钠、甘露醇组成的冻干粉，以西林瓶、卤化丁基橡胶塞和铝塑盖包装而成，使用前用0.9%氯化钠注射液或者灭菌注射用水复溶为混悬液。产品经辐照灭菌，无菌，一次性使用。	通过			第12批
9318	C07010508106003091240000003	聚乳酸面部填充剂	LPPLF-370	LPPLF-370	国械注准20253131101	丙类	081-修复材料类	否			是	330609009	颜面器官缺损种植体植入术	包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入	特殊种植体	特殊种植体	该产品适用于注射到鼻唇沟部位的真皮深层，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。	该产品为聚左旋乳酸、羧甲基纤维素钠、甘露醇组成的冻干粉，以西林瓶、卤化丁基橡胶塞和铝塑盖包装而成，使用前用0.9%氯化钠注射液或者灭菌注射用水复溶为混悬液。产品经辐照灭菌，无菌，一次性使用。	通过			第12批

9319	C07010508106009204130000001	注射用透明质酸钠溶液	1.0ml	1.0ml	国械注准20253131324	丙类	081-修复材料类	否			是	330609009	颜面器官缺损种植体植入术	包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入	特殊种植体	特殊种植体	在医疗机构中使用，用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。	产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的溶液组成。溶液由非交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成。透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度7.00mg/mL。型号、规格1.0mL、1.5mL、2.0mL配附一次性使用无菌注射针（型号为30G，每只产品配两支注射针）；	通过			第12批

9320	C07010508106009204130000002	注射用透明质酸钠溶液	2.0ml-无针	2.0ml-无针	国械注准20253131324	丙类	081-修复材料类	否			是	330609009	颜面器官缺损种植体植入术	包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入	特殊种植体	特殊种植体	在医疗机构中使用，用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。	产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的溶液组成。溶液由非交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成。透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度7.00mg/mL。型号、规格1.0mL、1.5mL、2.0mL配附一次性使用无菌注射针（型号为30G，每只产品配两支注射针）；	通过			第12批

9321	C07010508106009204130000003	注射用透明质酸钠溶液	1.5ml	1.5ml	国械注准20253131324	丙类	081-修复材料类	否			是	330609009	颜面器官缺损种植体植入术	包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入	特殊种植体	特殊种植体	在医疗机构中使用，用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。	产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的溶液组成。溶液由非交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成。透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度7.00mg/mL。型号、规格1.0mL、1.5mL、2.0mL配附一次性使用无菌注射针（型号为30G，每只产品配两支注射针）；	通过			第12批

9322	C07010508106009204130000004	注射用透明质酸钠溶液	1.5ml-无针	1.5ml-无针	国械注准20253131324	丙类	081-修复材料类	否			是	330609009	颜面器官缺损种植体植入术	包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入	特殊种植体	特殊种植体	在医疗机构中使用，用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。	产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的溶液组成。溶液由非交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成。透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度7.00mg/mL。型号、规格1.0mL、1.5mL、2.0mL配附一次性使用无菌注射针（型号为30G，每只产品配两支注射针）；	通过			第12批

9323	C07010508106009204130000005	注射用透明质酸钠溶液	2.0ml	2.0ml	国械注准20253131324	丙类	081-修复材料类	否			是	330609009	颜面器官缺损种植体植入术	包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入	特殊种植体	特殊种植体	在医疗机构中使用，用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。	产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的溶液组成。溶液由非交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成。透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度7.00mg/mL。型号、规格1.0mL、1.5mL、2.0mL配附一次性使用无菌注射针（型号为30G，每只产品配两支注射针）；	通过			第12批

9324	C07010508106009204130000006	注射用透明质酸钠溶液	1.0ml-无针	1.0ml-无针	国械注准20253131324	丙类	081-修复材料类	否			是	330609009	颜面器官缺损种植体植入术	包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入	特殊种植体	特殊种植体	在医疗机构中使用，用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。	产品由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的溶液组成。溶液由非交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、磷酸盐缓冲体系以及注射用水组成。透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度7.00mg/mL。型号、规格1.0mL、1.5mL、2.0mL配附一次性使用无菌注射针（型号为30G，每只产品配两支注射针）；	通过			第12批

9325	C07060114402002020840000030	定制式固定义齿	CQ-GI(压铸全瓷贴面)	CQ-GI(压铸全瓷贴面)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	贴面	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
9326	C07060114409002020840000020	定制式固定义齿	CQ-GE(全瓷贴面)	CQ-GE(切削全瓷贴面)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	贴面	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

9327	C07060114409002020840000022	定制式固定义齿	CQ-GI(压铸全瓷贴面)	CQ-GI(压铸全瓷贴面)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	贴面	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
9328	C07060114409002020840000048	定制式固定义齿	CQ-GI(铸瓷贴面)	CQ-GI(压铸全瓷贴面)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	贴面	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

9329	C07110214803002020840000003	定制式保持器	JMJZ-BA	JMJZ-BA	渝械注准20192170112	丙类	148-正畸材料及制品类	否			是	310522028	正畸保持器治疗	含取模型、制作用材料	特殊材料及固定保持器、正位器、透明保持器	透明保持器	主要用于巩固正畸后疗效及维持牙列缺隙、牙弓形态、牙齿位置。	膜片压制型保持器主要由牙科膜片经压膜成型、打磨抛光等工序制作而成，可含人工牙。弯制基托型保持器由牙科金属丝（正畸丝、牙用不锈钢丝）和树脂基托材料。经过牙科金属丝弯制、充胶、焊接、打磨抛光等工序的部分或全部工艺制作而成，可含人工牙。金属支架型保持器由牙科合	通过			第12批

9330	C03140108704004118460000012	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-17 桡骨远端支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9331	C03140308701007118460000001	单臂一体式骨科外固定支架	加长、长、标准、短	Ⅰ-06 指掌骨角度支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9332	C03140308703007118460000003	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-02 肘关节支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9333	C03140308703007118460000009	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-04 骨盆四轴支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9334	C03140308703007118460000011	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-03 骨盆三轴支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9335	C03140308703007118460000012	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-05 骨盆多轴支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9336	C03140308703007118460000013	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-01 股骨近端支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9337	C03140308703007118460000014	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-09 指掌骨可调支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9338	C03140308704007118460000010	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-17 桡骨远端支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9339	C03140308704007118460000011	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-19 桡骨远端L型支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9340	C03140308705007118460000014	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-10 指掌骨跨关节支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9341	C03140308705007118460000021	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-11 指掌骨近关节支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9342	C03140308705007118460000025	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-15 肱骨微动T型支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9343	C03140308705007118460000029	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-16 肱骨微动直型支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批

9344	C03140308705007118460000033	单臂一体式骨科外固定支架	——	Ⅰ-13 肱骨直型支架	川械注准20192040063	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	单臂一体式骨科外固定支架主要由夹针块、主体、伸缩体、螺栓、锁紧套、偏心轴、万向球、钢碗、螺杆、调节装置、丝杆组成，分为48种型号，每种型号又按尺寸不同分为若干规格。 单臂一体式骨科外固定支架零部件采用符合GB/T 1220-2007中规定的06Cr19Ni10、30Cr13不锈钢材料、GB/T	通过			第12批
9345	C03160908000001047640000008	骨科外固定夹板	成人S	(木制型)HF-JB-002A 桡骨下端型	湘长械备20170104号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	采用聚氨酯高分子材料、铝合金、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9346	C03160908000001047640000024	骨科外固定夹板	S	(木制型)HF-JB-010A 下肢型	湘长械备20170104号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	采用聚氨酯高分子材料、铝合金、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批

9347	C03160908000001047640000071	骨科外固定夹板	M	(木制型)HF-JB-010A 下肢型	湘长械备20170104号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	采用聚氨酯高分子材料、铝合金、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9348	C03160908000001047640000086	骨科外固定夹板	成人M	(木制型)HF-JB-002A 桡骨下端型	湘长械备20170104号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	采用聚氨酯高分子材料、铝合金、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9349	C03160908000001047640000127	骨科外固定夹板	L	(木制型)HF-JB-010A 下肢型	湘长械备20170104号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	采用聚氨酯高分子材料、铝合金、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9350	C03160908000001047640000172	骨科外固定夹板	成人L	(木制型)HF-JB-002A 桡骨下端型	湘长械备20170104号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	采用聚氨酯高分子材料、铝合金、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9351	C03160908000001208530000002	骨科外固定夹板	NC415 10cm×40cm	聚酯纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批

9352	C03160908000001208530000003	骨科外固定夹板	NC430 10cm×75cm	聚酯纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9353	C03160908000001208530000005	骨科外固定夹板	NC415 10cm×40cm	玻璃纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9354	C03160908000001208530000008	骨科外固定夹板	NC530 12.5cm×75cm	聚酯纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9355	C03160908000001208530000009	骨科外固定夹板	NC335 7.5cm×90cm	玻璃纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批

9356	C03160908000001208530000010	骨科外固定夹板	NC312 7.5cm×30cm	玻璃纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9357	C03160908000001208530000014	骨科外固定夹板	NC335 7.5cm×90cm	聚酯纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9358	C03160908000001208530000015	骨科外固定夹板	NC420 10cm×50cm	玻璃纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9359	C03160908000001208530000016	骨科外固定夹板	NC430 10cm×75cm	玻璃纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批

9360	C03160908000001208530000019	骨科外固定夹板	NC545 12.5cm×115cm	玻璃纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9361	C03160908000001208530000026	骨科外固定夹板	NC420 10cm×50cm	聚酯纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9362	C03160908000001208530000028	骨科外固定夹板	NC312 7.5cm×30cm	聚酯纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9363	C03160908000001208530000029	骨科外固定夹板	NC545 12.5cm×115cm	聚酯纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批

9364	C03160908000001208530000030	骨科外固定夹板	NC530 12.5cm×75cm	玻璃纤维	豫汴械备20230006	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	骨科外固定夹板用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌	通过			第12批
9365	C03140108701002055820000003	骨牵引针	SJR-GGΦ0.8-5.0mm×25-300mm	SJR-GGΦ0.8-5.0mm×25-300mm	苏扬械备20180002号	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于在骨折手术过程中牵引、导引或固定。	通常由头部、针体和尾部组成，可分为螺纹型和光杆型两种型式。一般由不锈钢材料或钛合金材料制	通过			第12批
9366	C03060108000000116590000025	矫形器	定制	D-OL-SZ-SO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9367	C03060108000000116590000026	矫形器	定制	D-OL-SZ-SEO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9368	C03060108000000116590000027	矫形器	定制	G-OL-XZ-HO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9369	C03060108000000116590000028	矫形器	定制	G-OL-XZ-FO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9370	C03060108000000116590000029	矫形器	定制	G-OL-XZ-KO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9371	C03060108000000116590000030	矫形器	定制	D-OL-SZ-FO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9372	C03060108000000116590000031	矫形器	定制	G-OL-SZ-HO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9373	C03060108000000116590000032	矫形器	定制	G-OL-SZ-UAO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9374	C03060108000000116590000033	矫形器	定制	D-OL-XZ-HKO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9375	C03060108000000116590000034	矫形器	定制	G-OL-SZ-SEO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9376	C03060108000000116590000035	矫形器	定制	D-OL-SZ-HFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9377	C03060108000000116590000037	矫形器	定制	D-OL-SZ-WHO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9378	C03060108000000116590000038	矫形器	定制	G-OL-XZ-AFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9379	C03060108000000116590000039	矫形器	定制	G-OL-XZ-KAFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9380	C03060108000000116590000040	矫形器	定制	G-OL-XZ-HKO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9381	C03060108000000116590000041	矫形器	定制	G-OL-SZ-EO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9382	C03060108000000116590000042	矫形器	定制	G-OL-SZ-WHFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9383	C03060108000000116590000043	矫形器	定制	D-OL-XZ-FO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9384	C03060108000000116590000044	矫形器	定制	G-OL-SZ-HFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9385	C03060108000000116590000045	矫形器	定制	D-OL-XZ-KO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9386	C03060108000000116590000046	矫形器	定制	D-OL-SZ-EWHO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9387	C03060108000000116590000048	矫形器	定制	D-OL-SZ-EO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9388	C03060108000000116590000049	矫形器	定制	G-OL-SZ-FAO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9389	C03060108000000116590000050	矫形器	定制	D-OL-XZ-HKAFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9390	C03060108000000116590000051	矫形器	定制	D-OL-XZ-AFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9391	C03060108000000116590000052	矫形器	定制	D-OL-SZ-WHFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9392	C03060108000000116590000053	矫形器	定制	D-OL-SZ-UAO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9393	C03060108000000116590000054	矫形器	定制	G-OL-XZ-HKAFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9394	C03060108000000116590000055	矫形器	定制	D-OL-XZ-KAFO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9395	C03060108000000116590000056	矫形器	定制	G-OL-SZ-WHO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9396	C03060108000000116590000057	矫形器	定制	D-OL-XZ-HO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9397	C03060108000000116590000058	矫形器	定制	D-OL-SZ-SEWHO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9398	C03060108000000116590000059	矫形器	定制	G-OL-SZ-SEWHO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9399	C03060108000000116590000060	矫形器	定制	D-OL-SZ-HO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9400	C03060108000000116590000061	矫形器	定制	D-OL-SZ-FAO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批

9401	C03060108000000116590000062	矫形器	定制	G-OL-SZ-FO	黔械注准20242190009	丙类	080-固定板类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于对人体四肢部位的矫正治疗。	由高分子材料（聚丙烯PP板、医用高分子夹板）、海绵内衬垫、金属等材料制成，关节处塑性连接或以适当间隔加装金属铰链支条，端部辅以尼龙搭扣	通过			第12批
9402	C03140108701002004190000600	金属骨针	Φ1.5×200mm	GZZH04YB	国械注准20173131003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	不创钢骨仆与同一告产会业的外固定支架结合使用，用于四肢骨骨于、王骶度不现则骨骨折内固定，练合金产品单独使用。用于四肢骨折复位时品分植入人体做四鼓骨折内固定。适用于8-64岁	该产品采用符合GB4234.1标准规定的000-18N114Wo3不材料或符合13810标准规定的T16AV钍拿金材料制成钛合金表面有阳极氧化着色处理，无菌和非无菌包装。	不通过	除外耗材名称为外固定材料，与适用范围及结构组成内固定不一致		第12批

9403	C03140108701002004190000621	金属骨针	Φ1.0×150mm	GZZH04YB	国械注准20173131003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	不创钢骨什与同一告产会业的外固定支架结合使用，用于四肢骨骨于、王骶度不现则骨骨折内固定，练合金产品单独使用。用于四肢骨折复位时品分植入人体做四鼓骨折内固定。适用于8-64岁	该产品采用符合G84234.1标准规定的000-18N114Wo3不材料或符合13810标准规定的T16AV钍拿金材料制成钛合金表面有阳极氧化着色处理，无菌和非无菌包装。	不通过	除外耗材名称为外固定材料，与适用范围及结构组成内固定不一致		第12批
9404	C03140108701004004190000585	金属骨针	Φ2.5/Φ2.0×40/10mm	GZLW04SJA	国械注准20173131003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	不创钢骨什与同一告产会业的外固定支架结合使用，用于四肢骨骨于、王骶度不现则骨骨折内固定，练合金产品单独使用。用于四肢骨折复位时品分植入人体做四鼓骨折内固定。适用于8-64岁	该产品采用符合G84234.1标准规定的000-18N114Wo3不材料或符合13810标准规定的T16AV钍拿金材料制成钛合金表面有阳极氧化着色处理，无菌和非无菌包装。	不通过	除外耗材名称为外固定材料，与适用范围及结构组成内固定不一致		第12批

9405	C03140108701004004190000643	金属骨针	Φ2.5/Φ2.0×40/15mm	GZLW04SJA	国械注准20173131003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	不创钢骨什与同一告产会业的外固定支架结合使用，用于四肢骨骨于、王骶度不现则骨骨折内固定，练合金产品单独使用。用于四肢骨折复位时品分植入人体做四鼓骨折内固定。适用于8-64岁	该产品采用符合G84234.1标准规定的000-18N114Wo3不材料或符合13810标准规定的T16AV钍拿金材料制成钛合金表面有阳极氧化着色处理，无菌和非无菌包装。	不通过	除外耗材名称为外固定材料，与适用范围及结构组成内固定不一致		第12批
9406	C03140108701004004190000646	金属骨针	Φ2.5/Φ2.0×60/15mm	GZLW04SJA	国械注准20173131003	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	不创钢骨什与同一告产会业的外固定支架结合使用，用于四肢骨骨于、王骶度不现则骨骨折内固定，练合金产品单独使用。用于四肢骨折复位时品分植入人体做四鼓骨折内固定。适用于8-64岁	该产品采用符合G84234.1标准规定的000-18N114Wo3不材料或符合13810标准规定的T16AV钍拿金材料制成钛合金表面有阳极氧化着色处理，无菌和非无菌包装。	不通过	除外耗材名称为外固定材料，与适用范围及结构组成内固定不一致		第12批
9407	C03160108903004118460000007	金属骨针	（φ0.8、1.0、1.2）×（70～300每间隔5mm为一规格）	JZZh01Y	国械注准20223130238	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引，或单独植入用于四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4钛合金材料制成，表面不经阳极氧化处理或经阳极氧化处理，阳极氧化为着色阳极氧化。非灭菌包装。	不通过	除外耗材名称为外固定材料，与适用范围及结构组成内固定不一致		第12批

9408	C03160108903004118460000008	金属骨针	（φ3.5、4.0、4.5、5.0）×（125～400每间隔5mm为一规格）	JZZh01Y	国械注准20223130238	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引，或单独植入用于四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4钛合金材料制成，表面不经阳极氧化处理或经阳极氧化处理，阳极氧化为着色阳极氧化。非灭菌包装。	不通过	除外耗材名称为外固定材料，与适用范围及结构组成内固定不一致		第12批
9409	C03160108903004118460000012	金属骨针	（φ1.5、1.6、2.0、2.5、3.0）×（100～400每间隔5mm为一规格）	JZZh01Y	国械注准20223130238	丙类	089-内固定材料类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引，或单独植入用于四肢骨折内固定。	金属骨针采用符合GB/T 13810中规定的TC4钛合金材料制成，表面不经阳极氧化处理或经阳极氧化处理，阳极氧化为着色阳极氧化。非灭菌包装。	不通过	除外耗材名称为外固定材料，与适用范围及结构组成内固定不一致		第12批
9410	C03140108701001126230000645	一次性无菌骨牵引针	0.8*500mm	FS8	津械注准20192040113	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	通过			第12批

9411	C03140108701001126230000839	一次性无菌骨牵引针	1.0*500mm	FS8	津械注准20192040113	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	通过			第12批
9412	C03140108701001126230001002	一次性无菌骨牵引针	1.5*500mm	FS8	津械注准20192040113	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	通过			第12批

9413	C03140108701001126230001033	一次性无菌骨牵引针	1.2*500mm	FS8	津械注准20192040113	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	通过			第12批
9414	C03140108701001126230001043	一次性无菌骨牵引针	0.6*500mm	FS8	津械注准20192040113	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	通过			第12批

9415	C03140108701001126230001163	一次性无菌骨牵引针	0.4*500mm	FS8	津械注准20192040113	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	适用于在骨折手术过程中牵引、定位和固定的作用。	一次性无菌骨牵引针由刃部和柄部组成，材质可分为不锈钢和TC4钛合金。不锈钢材料应符合GB4234.1中牌号为00Cr18Ni14Mo3的要求；采用TC4钛合金材料制造的一次性无菌骨牵引针，其材料应符合GB/T13810-2017的规	通过			第12批
9416	C03160908000001038300000014	医用高分子夹板	12.5cm×120cm	FGP548	冀邢械备20150013号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	医用高分子夹板由高分子胶涂敷在玻璃纤维或单层聚酯纤维织物上制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器	通过			第12批
9417	C03160908000001100470000001	医用高分子夹板	430(10cmx76cm)	430(10cmx76cm)	鲁威械备20200003号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	本产品适用于骨折外固定。	医用高分子夹板由无纺布和聚氨酯树脂构成，不与体内使用的医疗器械连接。一次性使用，	通过			第12批
9418	C03160908000001100470000006	医用高分子夹板	335(7.5cmx90cm)	335(7.5cmx90cm)	鲁威械备20200003号	丙类	080-固定板类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	本产品适用于骨折外固定。	医用高分子夹板由无纺布和聚氨酯树脂构成，不与体内使用的医疗器械连接。一次性使用，	通过			第12批

9419	C14090118800000125750000241	医用固定带	（锁骨固定带）中号	II型	冀衡械备20160181号	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	由钢板或铝板、针织布或弹力布、帆布、人造革或皮革、松紧带、尼龙带、海绵、海绵绒、铆钉、固定环、化纤线、混编氨纶丝加工制成;非无菌提供,不与体内使用的医疗器械	通过			第12批
9420	C14090118800000125750000247	医用固定带	（锁骨固定带）大号	II型	冀衡械备20160181号	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	骨科创伤手术配套工具。	通过			第12批
9421	C14090118800000125750000250	医用固定带	（锁骨固定带）小号	II型	冀衡械备20160181号	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	由钢板或铝板、针织布或弹力布、帆布、人造革或皮革、松紧带、尼龙带、海绵、海绵绒、铆钉、固定环、化纤线、混编氨纶丝加工制成;非无菌提供,不与体内使用的医疗器械	通过			第12批
9422	C14090118800000208530000005	医用外固定带	NC2 5cm×360cm	玻璃纤维	豫汴械备20230007	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批

9423	C14090118800000208530000008	医用外固定带	NC4 10cm×360cm	聚酯纤维	豫汴械备20230007	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9424	C14090118800000208530000010	医用外固定带	NC4 10cm×360cm	玻璃纤维	豫汴械备20230007	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9425	C14090118800000208530000011	医用外固定带	NC3 7.5cm×360cm	聚酯纤维	豫汴械备20230007	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9426	C14090118800000208530000013	医用外固定带	NC5 12.5cm×360cm	聚酯纤维	豫汴械备20230007	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9427	C14090118800000208530000018	医用外固定带	NC2 5cm×360cm	聚酯纤维	豫汴械备20230007	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批

9428	C14090118800000208530000019	医用外固定带	NC3 7.5cm×360cm	玻璃纤维	豫汴械备20230007	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9429	C14090118800000208530000020	医用外固定带	NC5 12.5cm×360cm	玻璃纤维	豫汴械备20230007	丙类	188-外固定材料类	否			是	420000007	骨折夹板外固定术	含修复固定,包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织等损伤的外固定。	采用高分子材料玻璃纤维（或聚酯纤维）和聚氨酯制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提	通过			第12批
9430	C03160923400002117780000097	医用外固定支具	成人L	颈托固定支具TYQ-01	冀衡械备20160030号	丙类	234-固定支具类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	医用外固定支具不与体内使用的医疗器械连接，非无菌提供。由高分子泡沫板、粘扣、魔术贴、太空革、织带、鱼丝带、竹炭纤维面料、可粘性复合布、海绵、支撑杆、支撑板、铆钉、卡盘、方扣、配件加工	通过			第12批

9431	C03160923400002117780000098	医用外固定支具	成人M	颈托固定支具TYQ-01	冀衡械备20160030号	丙类	234-固定支具类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	医用外固定支具不与体内使用的医疗器械连接，非无菌提供。由高分子泡沫板、粘扣、魔术贴、太空革、织带、鱼丝带、竹炭纤维面料、可粘性复合布、海绵、支撑杆、支撑板、铆钉、卡盘、方扣、配件加工	通过			第12批
9432	C03160923400002117780000099	医用外固定支具	成人S	颈托固定支具TYQ-01	冀衡械备20160030号	丙类	234-固定支具类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	用于骨折或软组织损伤的外固定。	医用外固定支具不与体内使用的医疗器械连接，非无菌提供。由高分子泡沫板、粘扣、魔术贴、太空革、织带、鱼丝带、竹炭纤维面料、可粘性复合布、海绵、支撑杆、支撑板、铆钉、卡盘、方扣、配件加工	通过			第12批

9433	C03140208701002118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-夹	大、小	Ⅱ-a-06 针杆固定夹	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9434	C03140208701002118460000015	组合式/环形骨科外固定支架-夹	——	Ⅱ-a-05 针杆固定夹	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9435	C03140208701002118460000019	组合式/环形骨科外固定支架-夹	大、小	Ⅱ-a-07 杆杆固定夹	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9436	C03140208701004118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-夹	——	Ⅱ-a-01 钢针固定夹(四孔)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9437	C03140208701004118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-夹	——	Ⅱ-a-03 钢针固定夹(十孔)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9438	C03140208701004118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-夹	——	Ⅱ-a-02钢针固定夹(五孔)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9439	C03140208704002118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-夹	——	Ⅱ-a-05 针杆固定夹	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9440	C03140208704002118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-夹	大、小	Ⅱ-a-07 杆杆固定夹	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9441	C03140208704002118460000008	组合式/环形骨科外固定支架-夹	大、小	Ⅱ-a-06针杆固定夹	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9442	C03140208704004118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-夹	——	Ⅱ-a-02 钢针固定夹(五孔)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9443	C03140208704004118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-夹	——	Ⅱ-a-03 钢针固定夹(十孔)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9444	C03140208704004118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-夹	——	Ⅱ-a-01 钢针固定夹(四孔)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9445	C03140208704004118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-夹	大、小	Ⅱ-d-07横向针针固定夹1	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9446	C03140308701004118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-棒	大、中、小	Ⅱ-a-13 弓形连接杆	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9447	C03140308703006118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-C环	Φ60-230	主体-C环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9448	C03140308703006118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-弓形环	Φ80-330	主体-弓形环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9449	C03140308703006118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-U环	Φ80-230	主体-U环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9450	C03140308703006118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-半环	Φ60-230	主体-半环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9451	C03140308703006118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-2/3环	Φ80-230	主体-2/3环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9452	C03140308703006118460000006	组合式/环形骨科外固定支架-1/3环	Φ80-230	主体-1/3环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9453	C03140308703006118460000008	组合式/环形骨科外固定支架-全环	Φ60-240	主体-全环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9454	C03140308704002118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-棒	Φ3-Φ7×20-600	Ⅱ-01 连接棒	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9455	C03140308704002118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-棒	Φ3-Φ7×310-600，Φ3- Φ7间隔0.5mm为一规格，310-600每间隔10mm为一规格	Ⅱ-01 连接棒	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9456	C03140308704002118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-棒	Φ8-Φ11×20-300，Φ8-Φ11间隔0.5mm为一规格，20-300每间隔10mm为一规格	Ⅱ-01 连接棒	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9457	C03140308704002118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-棒	Φ8-Φ11×310-600， Φ8- Φ11间隔0.5mm为一规格，310-600每间隔10mm为一规格	Ⅱ-01 连接棒	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9458	C03140308704006118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-全环	Φ60-240	主体-全环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9459	C03140308704006118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-六轴环	Φ80-230	主体-六轴环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9460	C03140308704006118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-2/3环	Φ80-230	主体-2/3环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9461	C03140308704006118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-弓形环	Φ80-330	主体-弓形环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9462	C03140308704006118460000006	组合式/环形骨科外固定支架-U环	Φ80-230	主体-U环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9463	C03140308704006118460000007	组合式/环形骨科外固定支架-C环	Φ60-230	主体-C环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9464	C03140308704006118460000008	组合式/环形骨科外固定支架-半环	Φ60-230	主体-半环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9465	C03140308705002118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-棒	Φ3-Φ11×20-600	Ⅱ-01 连接棒	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9466	C03140308705006118460000015	组合式/环形骨科外固定支架-1/3环	Φ80-230	主体-1/3环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9467	C03140308705006118460000016	组合式/环形骨科外固定支架-六轴环	Φ80-230	主体-六轴环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9468	C03140308705006118460000017	组合式/环形骨科外固定支架-全环	Φ60-240	主体-全环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9469	C03140308705006118460000018	组合式/环形骨科外固定支架-C环	Φ60-230	主体-C环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9470	C03140308705006118460000019	组合式/环形骨科外固定支架-半环	Φ60-230	主体-半环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9471	C03140308705006118460000020	组合式/环形骨科外固定支架-U环	Φ80-230	主体-U环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9472	C03140308705006118460000021	组合式/环形骨科外固定支架-弓形环	Φ80-330	主体-弓形环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9473	C03140308705006118460000022	组合式/环形骨科外固定支架-2/3环	Φ80-230	主体-2/3环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9474	C03140408701001118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-夹针螺栓	M6	夹针件-夹针螺栓	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9475	C03140408701002118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-六角螺母	SW10、7、5.5	紧固件-六角螺母	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9476	C03140408701002118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-高帽螺母	SW10、7	紧固件-高帽螺母	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9477	C03140408701003118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-万向关节器	（4-6）×（15-50）×（15-50）	关节器-万向关节器	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9478	C03140408701003118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-外螺纹铰链	（4-6）×（30-60）	关节器-外螺纹铰链	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9479	C03140408701003118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-十字铰链	（4-6）×（30-50）	关节器-十字铰链	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9480	C03140408701003118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-管管关节器	（4-6）×（15-60）×（15-60）	关节器-管管关节器	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9481	C03140408701003118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-复杂铰链	（4-6）×（15-60）×（15-60）	关节器-复杂铰链	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9482	C03140408701003118460000006	组合式/环形骨科外固定支架-连杆关节器	（4-6）×（15-50）×（15-50）	关节器-连杆关节器	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9483	C03140408701003118460000007	组合式/环形骨科外固定支架-螺杆关节器	（4-6）×（15-50）×（15-90）	关节器-螺杆关节器	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9484	C03140408701003118460000008	组合式/环形骨科外固定支架-三向关节器	（4-6）×（15-30）×（15-30）×（15-30）	关节器-三向关节器	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9485	C03140408701003118460000009	组合式/环形骨科外固定支架-内螺纹铰链	（4-6）×（20-50）	关节器-内螺纹铰链	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9486	C03140408701004118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-S形螺纹杆	D=Φ6，L=60-200mm	连接杆-S形螺纹杆	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9487	C03140408701004118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-带孔螺纹杆	D=Φ6，L=60-200mm	连接杆-带孔螺纹杆	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9488	C03140408701004118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-内螺纹连接套	D=Φ6,L=20-80mm	连接管-内螺纹连接套	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9489	C03140408701004118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-普通连接杆	D=Φ6、Φ7、Φ8,L=100-400mm	连接杆-普通连接杆	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9490	C03140408701004118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-普通连接管	D=Φ8,L=120-300mm	连接管-普通连接管	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9491	C03140408701004118460000006	组合式/环形骨科外固定支架-双头螺纹连接管	D=Φ8,L=40-300mm	连接管-双头螺纹连接管	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9492	C03140408701004118460000007	组合式/环形骨科外固定支架-直形螺纹杆	D=Φ6，L=20-600mm	连接杆-直形螺纹杆	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9493	C03140408701004118460000008	组合式/环形骨科外固定支架-环形连接棒	D=Φ6、Φ7、Φ8,L=80-240mm	连接管-环形连接棒	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9494	C03140408701005118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-套筒	（Φ8-14）×（8-30）	辅助件-套筒	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9495	C03140408701005118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-弹簧	（Φ2-10）×（5-100）	辅助件-弹簧	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9496	C03140408701005118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-垫片	（Φ8-14）×（1-3）	辅助件-垫片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9497	C03140408701005118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-变径套	Φ3-6	辅助件-变径套	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9498	C03140408701005118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-槽形垫片	（Φ8-14）×（2-3）	辅助件-槽形垫片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9499	C03140408701005118460000006	组合式/环形骨科外固定支架-球形垫片	（Φ10-14）×（2-5）	辅助件-球形垫片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9500	C03140408701007118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-配件	大、小	Ⅱ-a-10直支柱	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9501	C03140408701007118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-配件	大、小	Ⅱ-a-11 30°支柱	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9502	C03140408701007118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-配件	大、小	Ⅱ-a-12 90° 支柱	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30° 支柱、90° 支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9503	C03140408701007118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-轨道连接片	-	连接片-轨道连接片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9504	C03140408701007118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-内螺纹立柱	1-6孔,L=13-100mm	夹针件-内螺纹立柱	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9505	C03140408701007118460000006	组合式/环形骨科外固定支架-L型连接片	1×1-15孔,L=30-230mm	连接片-L型连接片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9506	C03140408701007118460000007	组合式/环形骨科外固定支架-弧形连接片	2-5孔	连接片-弧形连接片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9507	C03140408701007118460000008	组合式/环形骨科外固定支架-十字连接片	1-5×1-5孔,L=28-140mm	连接片-十字连接片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9508	C03140408701007118460000009	组合式/环形骨科外固定支架-外螺纹方柱	1-5层孔,L=35-70mm	夹针件-外螺纹方柱	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9509	C03140408701007118460000010	组合式/环形骨科外固定支架-直型连接片	2-30孔，L=20-400mm	连接片-直型连接片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9510	C03140408701007118460000011	组合式/环形骨科外固定支架-内螺纹方柱	1-5层孔,L=25-60mm	夹针件-内螺纹方柱	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9511	C03140408701007118460000012	组合式/环形骨科外固定支架-外螺纹立柱	1-6孔,L=25-112mm	夹针件-外螺纹立柱	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9512	C03140408701007118460000013	组合式/环形骨科外固定支架-足环连接片	3-7孔	连接片-足环连接片	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9513	C03140408701009118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-夹针螺钉（带孔）	Φ6×(10-30)×(Φ1.5、2、3、4、5、6)	夹针件-夹针螺钉(带孔)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9514	C03140408701009118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-紧定螺钉	M3×（5-10）	紧固件-紧定螺钉	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9515	C03140408701009118460000004	组合式/环形骨科外固定支架-夹针螺钉（勾钉）	Φ6×（3-6）	夹针件-夹针螺钉(勾钉)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9516	C03140408701009118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-夹针螺钉(孔槽)	Φ6×（10-30）×（Φ1.5、2.0、2.5）×（1.5、2.0、2.5）	夹针件-夹针螺钉(孔槽)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9517	C03140408701009118460000006	组合式/环形骨科外固定支架六角螺钉（空心）	M6×（10-30）×Φ3.0	紧固件-六角螺钉（空心）	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9518	C03140408701009118460000007	组合式/环形骨科外固定支架-夹针螺钉（双槽）	Φ6×（10-30）×(1.5、2.0、.5)×(1.5、2.0、2.5)	夹针件-夹针螺钉(双槽)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9519	C03140408701009118460000008	组合式/环形骨科外固定支架--夹针螺钉(单槽)	Φ6×(10-30)×(1.5、2.0、2.5)	夹针件-夹针螺钉(单槽)	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9520	C03140408701009118460000009	组合式/环形骨科外固定支架-保护套管	Φ8×（20-100）	辅助件-保护套管	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9521	C03140408701009118460000010	组合式/环形骨科外固定支架-六角螺钉	M6×（10-30）	紧固件-六角螺钉	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9522	C03140408704002118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-麻点螺母	M6	调节器-麻点螺母	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9523	C03140408704002118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-螺母调节器	M6×（15-20）	调节器-螺母调节器	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9524	C03140408704002118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-压母	M6	调节器-压母	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9525	C03140408704005118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-标准色环	-	辅助件-标准色环	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9526	C03140408704007118460000002	组合式/环形骨科外固定支架-延长调节器II型	M6	调节器-延长调节器II型	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9527	C03140408704007118460000003	组合式/环形骨科外固定支架-延长调节器III型	M6	调节器-延长调节器III型	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9528	C03140408704007118460000005	组合式/环形骨科外固定支架-角度调节器	M6	调节器-角度调节器	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9529	C03140408705005118460000001	组合式/环形骨科外固定支架-钉尾保护帽	Φ1.2-6	辅助件-钉尾保护帽	川械注准20192040062	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	通过与金属骨针的配合，应用于骨折部位的体外固定复位。	组合式/环形骨科外固定支架（以下简称外固定支架）分为组合式和环形。其中组合式外固定支架主要由钢针固定夹、钢针连接夹、针杆固定夹、杆杆固定夹、骨盆针固定夹、直支柱、30°支柱、90°支柱、弓形连接杆、延长杆、MINI杆杆夹、MINI针杆夹、MINI 双针杆夹、万向连接杆固定夹、	通过			第12批

9530	C03140208703004096480000006	组合式外固定支架	杆杆夹（碳素纤维）-φ8×φ8	WGJⅣ02	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9531	C03140308704002096480000249	组合式外固定支架	碳素纤维连接杆-φ5×250	WGJⅣ05	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用。	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9532	C03140308704002096480000264	组合式外固定支架	碳素纤维连接杆-φ8×260	WGJⅣ05	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用。	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9533	C03140308704002096480000295	组合式外固定支架	碳素纤维连接杆-φ5×280	WGJⅣ05	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用。	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9534	C03140308704002096480000301	组合式外固定支架	碳素纤维连接杆-φ8×450	WGJⅣ05	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用。	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9535	C03140308704002096480000319	组合式外固定支架	碳素纤维连接杆-φ8×180	WGJⅣ05	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用。	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9536	C03140308704002096480000324	组合式外固定支架	碳素纤维连接杆-φ8×100	WGJⅣ05	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用。	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9537	C03140308704002096480000366	组合式外固定支架	碳素纤维连接杆-φ5×110	WGJⅣ05	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用。	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9538	C03140308704002096480000382	组合式外固定支架	碳素纤维连接杆-φ8×290	WGJⅣ05	苏械注准20172041023	丙类	087-外固定系统类	否			是	420000006	骨折外固定架固定术		外固定材料	外固定材料	与金属骨针配套，供骨折部位外固定用。	组合式外固定支架按型式分为WGJⅠ、WGJⅡ、WGJⅢ、WGJⅣ型四种。WGJⅡ和WGJⅣ有选配件。WGJⅡ选配件为针管夹、管管夹、横夹钳、不锈钢连接管、碳素纤维连接管、钛合金连接管；WGJⅣ选配件为针杆夹、杆杆夹、横杆夹、不锈钢连接杆、碳素纤维连接杆、钛合金连接杆、直柱、30°支柱	通过			第12批

9539	C09020115900000105770000002	一次性使用动脉血液微栓过滤器	婴儿	SY-1	国械注准20193101981	丙类	159-过滤器类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	微栓过滤器	本产品适用于进行心肺转流手术时,滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质。	一次性使用动脉血液微栓过滤器由外壳、滤网支架、滤网、支撑网、连接管、接头、旁路管组成。外壳与接头材质为聚碳酸酯、滤网支架的材质为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS塑料)、滤网的材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(涤纶)、支撑网的材质为聚丙烯、封头胶的材质为聚氨酯双组份胶、连	通过			第12批
9540	C14070318300000103180000054	一次性使用体温传感器	HT01	HT01	浙械注准20172070117	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	产品适用于与具有体温监测功能的医用监护设备配套使用，用于采集和传递患者的体温信号	产品由插头、电缆、温度传感器、固定贴（选配）组成。	通过			第12批

9541	C14070318300000103180000058	一次性使用体温传感器	HT02	HT02	浙械注准20172070117	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	产品适用于与具有体温监测功能的医用监护设备配套使用，用于采集和传递患者的体温信号。	体表体温传感器由插头、电缆、温度传感器、固定贴、辅助贴（选配）组成。 体腔体温传感器由插头、电缆、温度传感器、耳塞（耳道型适用）、辅助贴（选配）	通过			第12批
9542	C14070318300000103180000067	一次性使用体温传感器	HT01A	HT01A	浙械注准20172070117	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	产品适用于与具有体温监测功能的医用监护设备配套使用，用于采集和传递患者的体温信号。	体表体温传感器由插头、电缆、温度传感器、固定贴、辅助贴（选配）组成。 体腔体温传感器由插头、电缆、温度传感器、耳塞（耳道型适用）、辅助贴（选配）	通过			第12批
9543	C14070318300000103180000068	一次性使用体温传感器	HT02A	HT02A	浙械注准20172070117	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	产品适用于与具有体温监测功能的医用监护设备配套使用，用于采集和传递患者的体温信号。	体表体温传感器由插头、电缆、温度传感器、固定贴、辅助贴（选配）组成。 体腔体温传感器由插头、电缆、温度传感器、耳塞（耳道型适用）、辅助贴（选配）	通过			第12批

9544	C14070318300000142360000001	一次性体温传感器	体腔BCTS-S-75	体腔BCTS-S-75	苏械注准20222072217	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批
9545	C14070318300000142360000002	一次性体温传感器	体腔BCTS-M-75	体腔BCTS-M-75	苏械注准20222072217	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批
9546	C14070318300000142360000003	一次性体温传感器	体腔BCTS-L-75	体腔BCTS-L-75	苏械注准20222072217	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批
9547	C14070318300000142360000004	一次性体温传感器	体腔BCTS-S-95	体腔BCTS-S-95	苏械注准20222072217	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批
9548	C14070318300000142360000005	一次性体温传感器	体腔BCTS-M-95	体腔BCTS-M-95	苏械注准20222072217	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批

9549	C14070318300000142360000006	一次性体温传感器	体腔BCTS-L-95	体腔BCTS-L-95	苏械注准20222072217	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批
9550	C14070318300000142360000007	一次性体温传感器	BSTS-S-95	BSTS-S-95	苏械注准20232070167	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批
9551	C14070318300000142360000008	一次性体温传感器	BSTS-M-95	BSTS-M-95	苏械注准20232070167	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批
9552	C14070318300000142360000009	一次性体温传感器	BSTS-L-95	BSTS-L-95	苏械注准20232070167	丙类	183-贴片类	否			是	310602007	肺循环血流动力学检测	含心输出量测定	漂浮导管、温度传感器、漂浮导管置入套件	温度传感器	与具有体温监测功能的兼容性监护设备配套，用于采集和传递患者的体温信号时一次性使用	体温传感器由传感器插头、电缆及感温电阻组成。	通过			第12批

9553	C01022102300000107050000006	一次性使用肛肠吻合套扎器	SHTZB-04	B型	豫械注准20202022024	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	A型套扎器由保护盖、套扎头、套圈、击发圈、击发杆、复位按钮、外壳、吸气开关、软管接头、击发手柄及附件组成，附件包括扩肛器、肛塞。 B型套扎器由套扎头、套圈、击发圈、弹力线、击发杆、外壳、吸气开关、接头、击发手柄及附件组成，附件包括扩肛器、肛塞、上圈器	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批

9554	C01022102300000107050000007	一次性使用肛肠吻合套扎器	SHTZB-06	B型	豫械注准20202022024	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	A型套扎器由保护盖、套扎头、套圈、击发圈、击发杆、复位按钮、外壳、吸气开关、软管接头、击发手柄及附件组成，附件包括扩肛器、肛塞。 B型套扎器由套扎头、套圈、击发圈、弹力线、击发杆、外壳、吸气开关、接头、击发手柄及附件组成，附件包括扩肛器、肛塞、上圈器	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9555	C01022102300000047190000097	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅱ型	SY-GLTZQ-A5	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批

9556	C01022102300000047190000098	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅱ型	SY-GLTZQ-A3	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9557	C01022102300000047190000099	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅰ型	SY-GLTZQ-03	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9558	C01022102300000047190000100	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅰ型	SY-GLTZQ-01	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批

9559	C01022102300000047190000101	一次性使用肛瘘套扎器套件	III型	SY-GLTZQ-B6	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9560	C01022102300000047190000102	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅰ型	SY-GLTZQ-04	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9561	C01022102300000047190000103	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅰ型	SY-GLTZQ-02	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批

9562	C01022102300000047190000104	一次性使用肛瘘套扎器套件	III型	SY-GLTZQ-B4	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9563	C01022102300000047190000105	一次性使用肛瘘套扎器套件	II型	SY-GLTZQ-A1	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9564	C01022102300000047190000106	一次性使用肛瘘套扎器套件	II型	SY-GLTZQ-A2	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批

9565	C01022102300000047190000107	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅰ型	SY-GLTZQ-05	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9566	C01022102300000047190000108	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅱ型	SY-GLTZQ-A6	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9567	C01022102300000047190000109	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅲ型	SY-GLTZQ-B2	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批

9568	C01022102300000047190000110	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅱ型	SY-GLTZQ-A4	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批
9569	C01022102300000047190000111	一次性使用肛瘘套扎器套件	Ⅰ型	SY-GLTZQ-06	渝械注准20252020251	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	适用于肛瘘的挂线套扎治疗。	一次性使用肛瘘套扎器套件由肛瘘套扎器和肛瘘探针组成，肛瘘套扎器由套扎体上盖、套扎体下盖、套扎体内芯、外套、套环组成。经环氧乙烷灭菌，无菌	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批

9570	C11020117210024070300000010	一次性使用直线型切割吻合器及组件	KYOQB-10038	KYOQB-10038	苏械注准20172022335	甲类	172-吻合器类	否			是	331002	胃手术		吻合器	吻合器	适用于消化道重建及其它脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。	一次性使用直线型切割吻合器及组件由器身和组件组成，器身由闷头、抵钉座、锁定杆、锁定杆壳、外壳、切割刀（A型无）构成，组件由钉仓、推钉片、吻合钉、切割刀（B型无）构成。根据外形分为双手柄和单手柄两种，分别为A 和B型；组件根据器身型号、切割长度、吻合钉高度区分型	通过			第12批

9571	C11020117210024070300000064	一次性使用直线型切割吻合器及组件	KYOQB-8038	KYOQB-8038	苏械注准20172022335	甲类	172-吻合器类	否			是	331002	胃手术		吻合器	吻合器	适用于消化道重建及其它脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合。	一次性使用直线型切割吻合器及组件由器身和组件组成，器身由闷头、抵钉座、锁定杆、锁定杆壳、外壳、切割刀（A型无）构成，组件由钉仓、推钉片、吻合钉、切割刀（B型无）构成。根据外形分为双手柄和单手柄两种，分别为A 和B型；组件根据器身型号、切割长度、吻合钉高度区分型	通过			第12批
9572	C01022102300000070300000005	一次性使用痔疮套扎吻合器	KYZCA12-8/4	KYZCA12-8/4	苏械注准20232021825	丙类	023-套扎器类	否			是	460000006	环状混合痔切除术	包括混合痔脱出嵌顿	吻合器	吻合器	”适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。”	”一次性使用痔疮套扎吻合器由固定手柄、负压释放按钮、负压手柄、击发手柄、照明开关、吸气管、胶圈、弹力线组成；附件由导入器、扩张器、上圈器、引导器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用	不通过	肛瘘套扎器属于“结扎器械”而非吻合器		第12批

9573	C14060200501002097760000017	高频手术系统-切割闭合器械	YLL1520	YLL1520	国械注准20183010394	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材	系统配套刀头	系统配套刀头	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体组织进行双极凝血。凝闭模式下与切割闭合器械配用，可用于闭合直径不大于7mm的动、静脉血管和组织束并进行机械分离。	产品由主机、脚踏开关、智能适配器、切割闭合器械组成。附件型号详见产品技术要求。其中切割闭合器械为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期2年。	通过			第12批
9574	C14060200501002097760000019	高频手术系统-切割闭合器械	YLL1037	YLL1037	国械注准20183010394	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材	系统配套刀头	系统配套刀头	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体组织进行双极凝血。凝闭模式下与切割闭合器械配用，可用于闭合直径不大于7mm的动、静脉血管和组织束并进行机械分离。	产品由主机、脚踏开关、智能适配器、切割闭合器械组成。附件型号详见产品技术要求。其中切割闭合器械为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期2年。	通过			第12批
9575	C14060200501002097760000022	高频手术系统-切割闭合器械	YLL4218	YLL4218	国械注准20183010394	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材	系统配套刀头	系统配套刀头	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体组织进行双极凝血。凝闭模式下与切割闭合器械配用，可用于闭合直径不大于7mm的动、静脉血管和组织束并进行机械分离。	产品由主机、脚踏开关、智能适配器、切割闭合器械组成。附件型号详见产品技术要求。其中切割闭合器械为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期2年。	通过			第12批

9576	C14060200501002097760000027	高频手术系统-切割闭合器械	YLL1537	YLL1537	国械注准20183010394	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材	系统配套刀头	系统配套刀头	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体组织进行双极凝血。凝闭模式下与切割闭合器械配用，可用于闭合直径不大于7mm的动、静脉血管和组织束并进行机械分离。	产品由主机、脚踏开关、智能适配器、切割闭合器械组成。附件型号详见产品技术要求。其中切割闭合器械为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期2年。	通过			第12批
9577	C14030400501003077680000009	一次性使用超声软组织手术刀头	AH-638-B-O-C	AH-638-B-O-C	国械注准20233011025	丙类	005-手术刀头类	是-重庆	中选	超声刀头带量采购项目-重庆2024	是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用。与本公司超声手术刀系统的主机（AH-611，软件版本Ver:1.00）、换能器（AH-616）、脚踏开关（AH-618）配合使用，在手术中用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过5mm的血管。	该产品由刀具和手柄组成。刀具由钳夹、刀杆、内管、外管、旋钮组件和连接器组件组成。手柄由舱盖、壳体、钳夹控制把、大功率按键开关“MAX”和小功率按键开关“MIN”组成。	通过			第12批

9578	C14030400501003077680000010	一次性使用超声软组织手术刀头	AH-638-B-L-C	AH-638-B-L-C	国械注准20233011025	丙类	005-手术刀头类	是-重庆	中选	超声刀头带量采购项目-重庆2024	是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用。与本公司超声手术刀系统的主机（AH-611，软件版本Ver:1.00）、换能器（AH-616）、脚踏开关（AH-618）配合使用，在手术中用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过5mm的血管。	该产品由刀具和手柄组成。刀具由钳夹、刀杆、内管、外管、旋钮组件和连接器组件组成。手柄由舱盖、壳体、钳夹控制把、大功率按键开关“MAX”和小功率按键开关“MIN”组成。	通过			第12批
9579	C14030400501003077680000011	一次性使用超声软组织手术刀头	AH-638-B-S-C	AH-638-B-S-C	国械注准20233011025	丙类	005-手术刀头类	是-重庆	中选	超声刀头带量采购项目-重庆2024	是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用。与本公司超声手术刀系统的主机（AH-611，软件版本Ver:1.00）、换能器（AH-616）、脚踏开关（AH-618）配合使用，在手术中用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过5mm的血管。	该产品由刀具和手柄组成。刀具由钳夹、刀杆、内管、外管、旋钮组件和连接器组件组成。手柄由舱盖、壳体、钳夹控制把、大功率按键开关“MAX”和小功率按键开关“MIN”组成。	通过			第12批

9580	C14030400501003077680000012	一次性使用超声软组织手术刀头	AH-638-B-T-C	AH-638-B-T-C	国械注准20233011025	丙类	005-手术刀头类	是-重庆	中选	超声刀头带量采购项目-重庆2024	是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用。与本公司超声手术刀系统的主机（AH-611，软件版本Ver:1.00）、换能器（AH-616）、脚踏开关（AH-618）配合使用，在手术中用于软组织的切割止血，可闭合直径不超过5mm的血管。	该产品由刀具和手柄组成。刀具由钳夹、刀杆、内管、外管、旋钮组件和连接器组件组成。手柄由舱盖、壳体、钳夹控制把、大功率按键开关“MAX”和小功率按键开关“MIN”组成。	通过			第12批
9581	C14030400501007103940000070	一次性使用超声软组织手术刀头	MIUS36BE	MIUS36BE	国械注准20243011927	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用，与本公司的超声切割止血刀系统的主机（型号：K500，软件版本：V1）和手柄（型号：QUHP35）配合使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可闭合直径不超过5mm的	该产品由刀头、刀杆、手柄、扭力扳手组成。	通过			第12批

9582	C14030400501007103940000077	一次性使用超声软组织手术刀头	MSUS45BE	MSUS45BE	国械注准20243011927	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用，与本公司的超声切割止血刀系统的主机（型号：K500，软件版本：V1）和手柄（型号：QUHP35）配合使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可闭合直径不超过5mm的	该产品由刀头、刀杆、手柄、扭力扳手组成。	通过			第12批
9583	C14030400501007103940000082	一次性使用超声软组织手术刀头	MSUS14BE	MSUS14BE	国械注准20243011927	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用，与本公司的超声切割止血刀系统的主机（型号：K500，软件版本：V1）和手柄（型号：QUHP35）配合使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可闭合直径不超过5mm的	该产品由刀头、刀杆、手柄、扭力扳手组成。	通过			第12批

9584	C14030400501007103940000088	一次性使用超声软组织手术刀头	MSUS23BE	MSUS23BE	国械注准20243011927	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用，与本公司的超声切割止血刀系统的主机（型号：K500，软件版本：V1）和手柄（型号：QUHP35）配合使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可闭合直径不超过5mm的	该产品由刀头、刀杆、手柄、扭力扳手组成。	通过			第12批
9585	C14030400501007103940000090	一次性使用超声软组织手术刀头	MSUS36	MSUS36	国械注准20243011927	丙类	005-手术刀头类	否			是	NBFA0000	超声高频外科集成系统	能够实现超声外科器械的期望最小热损伤的软组织切割功能，或电外科器械的不大于7mm血管切割、封闭的外科手术操作。包含超声高频外科系统、配件及清洗消毒材料。	系统配套刀头	系统配套刀头	该产品在医疗机构中使用，与本公司的超声切割止血刀系统的主机（型号：K500，软件版本：V1）和手柄（型号：QUHP35）配合使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可闭合直径不超过5mm的	该产品由刀头、刀杆、手柄、扭力扳手组成。	通过			第12批

9586	C03080308300000188720000002	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	勾状电极，30°	PSE1206	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9587	C03080308300000188720000003	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	环形电极，15°	PSE1210	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9588	C03080308300000188720000004	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	斜面电极，50°	PSE1205	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批

9589	C03080308300000188720000005	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	片状电极，90°	PSE1401	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9590	C03080308300000188720000006	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	针状电极，30°	PSE1008	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9591	C03080308300000188720000007	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	斜面电极，50°	PSE1005	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批

9592	C03080308300000188720000008	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	Y形电极，50°	PSE1413	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9593	C03080308300000188720000009	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	Y形电极，50°	PSE1402	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9594	C03080308300000188720000010	等离子手术设备&一次性使用等离子手术电极	环形电极，15°	PSE1010	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批

9595	C03080308300000188720000011	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	片状电极，50°	PSE1103	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9596	C03080308300000188720000012	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	斜面电极，30°	PSE1209	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9597	C03080308300000188720000013	等离子手术设备&一次性使用等离子手术电极	片状电极，90°	PSE1101	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批

9598	C03080308300000188720000014	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	Y形电极，50°	PSE1313	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9599	C03080308300000188720000015	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	齿状电极，90°	PSE1204	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9600	C03080308300000188720000016	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	斜面电极，30°	PSE1009	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批

9601	C03080308300000188720000017	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	针状电极，30°	PSE1208	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9602	C03080308300000188720000018	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	片状电极，50°	PSE1303	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9603	C03080308300000188720000020	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	Y形电极，50°	PSE1102	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批

9604	C03080308300000188720000021	等离子手术设备&一次性使用等离子手术电极	片状电极，90°	PSE1301	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9605	C03080308300000188720000022	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	Y形电极，50°	PSE1113	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9606	C03080308300000188720000023	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	齿状电极，90°	PSE1004	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批

9607	C03080308300000188720000024	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	片状电极，50°	PSE1403	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9608	C03080308300000188720000025	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	针状电极，15°	PSE1207	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批
9609	C03080308300000188720000026	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	针状电极，15°	PSE1007	国械注准20243012036	丙类	083-等离子系统类	否			是	310702004	射频消融术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺深静脉，放置鞘管，放置消融导管，对异常组织进行消融，隔离异位电信号传导。不区分术中使用的能源	消融导管	消融导管	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下，适用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血。	该产品由主机（型号：PSC100A）、电源线、脚踏开关（型号：FS01A）和一次性使用等离子手术电极（型号详见附页）组成	不通过	除外耗材为消融导管，与结构组成不一致		第12批

9610	C01050602100001063630000552	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC102A	RC102A	国械注准20173010743	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9611	C01050602100001063630000553	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC102D	RC102D	国械注准20173010743	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9612	C01050602100001063630000554	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC102B	RC102B	国械注准20173010743	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9613	C01050602100001063630000555	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC102E	RC102E	国械注准20173010743	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9614	C03080408400000063630000024	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC202	RC202	国械注准20173010743	丙类	084-射频系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9615	C03080408400000063630000026	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC105	RC105	国械注准20173010743	丙类	084-射频系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9616	C03080408400000063630000030	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC201D	RC201D	国械注准20173010743	丙类	084-射频系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9617	C03330110400000063630000033	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC105A	RC105A	国械注准20173010743	丙类	104-射频刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9618	C14050100500000063630000661	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC102C	RC102C	国械注准20173010743	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9619	C14050100500000063630000667	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC101	RC101	国械注准20173010743	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9620	C14050100500000063630000669	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC102	RC102	国械注准20173010743	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9621	C14050100500000063630000670	等离子射频手术系统-一次性使用双极射频电极	RC104A	RC104A	国械注准20173010743	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构使用，用于手术中对人体软组织进行切割、消融、凝固和止血，需在生理盐水环境下使用。	系统由主机、脚踏开关（AJ110、AJ120、AJ130）、流量控制器、手柄连线、一次性使用双极射频电极及UBE切换器组件组成。电极及附件的具体型号详见产品技术要求。	通过			第12批

9622	C01050602100001167970000286	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	LC101C	LC101C	国械注准20243010684	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	在医疗机构中与内窥镜配合使用，用于关节、椎间盘、鼻部、咽喉部软组织的汽化、切割、凝血及子宫的切割、凝血。需在生理盐水环境下使用。	产品由主机、脚踏开关、手柄连线、流量控制器、电源线、流量控制器连线和一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9623	C01050602100001167970000289	等离子手术设备-一次性使用等离子手术电极	LC101D	LC101D	国械注准20243010684	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	在医疗机构中与内窥镜配合使用，用于关节、椎间盘、鼻部、咽喉部软组织的汽化、切割、凝血及子宫的切割、凝血。需在生理盐水环境下使用。	产品由主机、脚踏开关、手柄连线、流量控制器、电源线、流量控制器连线和一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9624	C03080308300000157090000001	等离子手术设备	3.8X135X50°	FA-A311	国械注准20253011073	丙类	083-等离子系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血；与本公司生产的一次性使用等离子手术电极（型号：LYRA-E102S、LYRAE202S、LYRA-E322S、LYRA-E422S、LYRA-E622S）配合使用，在生理盐水环境下用于喉部软组织的切割和凝血；与本	产品由主机、脚踏开关、一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9625	C03080308300000157090000002	等离子手术设备	3.3X135X30°	FA-A502	国械注准20253011073	丙类	083-等离子系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血；与本公司生产的一次性使用等离子手术电极（型号：LYRA-E102S、LYRAE202S、LYRA-E322S、LYRA-E422S、LYRA-E622S）配合使用，在生理盐水环境下用于喉部软组织的切割和凝血；与本	产品由主机、脚踏开关、一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9626	C03080308300000157090000003	等离子手术设备	3.8X135X50°	FA-A312	国械注准20253011073	丙类	083-等离子系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血；与本公司生产的一次性使用等离子手术电极（型号：LYRA-E102S、LYRAE202S、LYRA-E322S、LYRA-E422S、LYRA-E622S）配合使用，在生理盐水环境下用于喉部软组织的切割和凝血；与本	产品由主机、脚踏开关、一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9627	C03080308300000157090000004	等离子手术设备	3.8X155X50°	FA-A211	国械注准20253011073	丙类	083-等离子系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血；与本公司生产的一次性使用等离子手术电极（型号：LYRA-E102S、LYRAE202S、LYRA-E322S、LYRA-E422S、LYRA-E622S）配合使用，在生理盐水环境下用于喉部软组织的切割和凝血；与本	产品由主机、脚踏开关、一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9628	C03080308300000157090000005	等离子手术设备	3.3X135X45°	FA-A602	国械注准20253011073	丙类	083-等离子系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血；与本公司生产的一次性使用等离子手术电极（型号：LYRA-E102S、LYRAE202S、LYRA-E322S、LYRA-E422S、LYRA-E622S）配合使用，在生理盐水环境下用于喉部软组织的切割和凝血；与本	产品由主机、脚踏开关、一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9629	C03080308300000157090000006	等离子手术设备	3.3X135X30°	FA-A501	国械注准20253011073	丙类	083-等离子系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血；与本公司生产的一次性使用等离子手术电极（型号：LYRA-E102S、LYRAE202S、LYRA-E322S、LYRA-E422S、LYRA-E622S）配合使用，在生理盐水环境下用于喉部软组织的切割和凝血；与本	产品由主机、脚踏开关、一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9630	C03080308300000157090000007	等离子手术设备	3.3X135X45°	FA-A601	国械注准20253011073	丙类	083-等离子系统类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品在医疗机构内使用，在生理盐水环境下用于关节镜手术中关节部位软组织的切割和凝血；与本公司生产的一次性使用等离子手术电极（型号：LYRA-E102S、LYRAE202S、LYRA-E322S、LYRA-E422S、LYRA-E622S）配合使用，在生理盐水环境下用于喉部软组织的切割和凝血；与本	产品由主机、脚踏开关、一次性使用等离子手术电极组成。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9631	C14060100500001247860000003	高频消融手术电极	HA-11A	HA-11A	鲁械注准20252010319	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	高频消融手术电极与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	高频消融手术电极由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。	通过			第12批

9632	C14060100500001247860000012	高频消融手术电极	HA-10A	HA-10A	鲁械注准20252010319	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	高频消融手术电极与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	高频消融手术电极由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。	通过			第12批

9633	C14040100500000119350000044	射频等离子消融止血手术电极	PR03-01A	PR03-01A	湘械注准20242010005	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构与本公司生产的等离子手术设备配合使用，用于非内窥手术对人体组织进行切割和凝血。	射频等离子消融止血手术电极 PR01-01L、PR02-01、PR02-01A、PR02-01B、PR02-01C、PR02-01D、PR02-01E、PR02-01F、PR02-01G、PR02-01H、PR02-01J、PR02-01M、PR02-01N、PR02-01P、PR02-01L、PR02-01Q、PR03-01、PR03-01A、PR03-01B、PR03-01C	通过			第12批

9634	C1404010050000011935000005 0	射频等离子消融止血手术电极	PR06-01D	PR06-01D	湘械注准20242010005	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构与本公司生产的等离子手术设备配合使用，用于非内窥手术对人体组织进行切割和凝血。	射频等离子消融止血手术电极 PR01-01L、PR02-01、PR02-01A、PR02-01B、PR02-01C、PR02-01D、PR02-01E、PR02-01F、PR02-01G、PR02-01H、PR02-01J、PR02-01M、PR02-01N、PR02-01P、PR02-01L、PR02-01Q、PR03-01、PR03-01A、PR03-01B、PR03-01C	通过			第12批

9635	C14040100500000119350000060	射频等离子消融止血手术电极	PR02-01A	PR02-01A	湘械注准20242010005	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构与本公司生产的等离子手术设备配合使用，用于非内窥手术对人体组织进行切割和凝血。	射频等离子消融止血手术电极 PR01-01L、PR02-01、PR02-01A、PR02-01B、PR02-01C、PR02-01D、PR02-01E、PR02-01F、PR02-01G、PR02-01H、PR02-01J、PR02-01M、PR02-01N、PR02-01P、PR02-01L、PR02-01Q、PR03-01、PR03-01A、PR03-01B、PR03-01C	通过			第12批

9636	C14040100500000119350000062	射频等离子消融止血手术电极	PR07-01D	PR07-01D	湘械注准20242010005	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构与本公司生产的等离子手术设备配合使用，用于非内窥手术对人体组织进行切割和凝血。	射频等离子消融止血手术电极 PR01-01L、PR02-01、PR02-01A、PR02-01B、PR02-01C、PR02-01D、PR02-01E、PR02-01F、PR02-01G、PR02-01H、PR02-01J、PR02-01M、PR02-01N、PR02-01P、PR02-01L、PR02-01Q、PR03-01、PR03-01A、PR03-01B、PR03-01C	通过			第12批

9637	C14040100500000119350000066	射频等离子消融止血手术电极	PR06-01A	PR06-01A	湘械注准20242010005	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构与本公司生产的等离子手术设备配合使用，用于非内窥手术对人体组织进行切割和凝血。	射频等离子消融止血手术电极 PR01-01L、PR02-01、PR02-01A、PR02-01B、PR02-01C、PR02-01D、PR02-01E、PR02-01F、PR02-01G、PR02-01H、PR02-01J、PR02-01M、PR02-01N、PR02-01P、PR02-01L、PR02-01Q、PR03-01、PR03-01A、PR03-01B、PR03-01C	通过			第12批

9638	C14040100500000119350000068	射频等离子消融止血手术电极	PR02-01B	PR02-01B	湘械注准20242010005	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构与本公司生产的等离子手术设备配合使用，用于非内窥手术对人体组织进行切割和凝血。	射频等离子消融止血手术电极 PR01-01L、PR02-01、PR02-01A、PR02-01B、PR02-01C、PR02-01D、PR02-01E、PR02-01F、PR02-01G、PR02-01H、PR02-01J、PR02-01M、PR02-01N、PR02-01P、PR02-01L、PR02-01Q、PR03-01、PR03-01A、PR03-01B、PR03-01C	通过			第12批

9639	C14040100500000119350000069	射频等离子消融止血手术电极	PR02-01H	PR02-01H	湘械注准20242010005	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品在医疗机构与本公司生产的等离子手术设备配合使用，用于非内窥手术对人体组织进行切割和凝血。	射频等离子消融止血手术电极 PR01-01L、PR02-01、PR02-01A、PR02-01B、PR02-01C、PR02-01D、PR02-01E、PR02-01F、PR02-01G、PR02-01H、PR02-01J、PR02-01M、PR02-01N、PR02-01P、PR02-01L、PR02-01Q、PR03-01、PR03-01A、PR03-01B、PR03-01C	通过			第12批

9640	C14050100500000083320000260	消融电极(外科术中止血装置)	V 17 330 IV	HN-I	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9641	C14050100500000083320000277	消融电极(外科术中止血装置)	W 0.2 XZC I	HN-300	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9642	C14050100500000083320000283	消融电极(外科术中止血装置)	V 20 330 V	HN-I	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9643	C14050100500000083320000294	消融电极(外科术中止血装置)	D 0.2 SXC III	HN-230	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9644	C14060100500002083320000314	消融电极(外科术中止血装置)	W 0.2 ZZZ I	HN-155	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9645	C14060100500002083320000319	消融电极(外科术中止血装置)	W 0.2 XZC I	HN-210	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9646	C14060100500002083320000323	消融电极(外科术中止血装置)	S 0.2 ZZZ I	HN-150	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9647	C14060100500002083320000337	消融电极(外科术中止血装置)	V 16 330 IV	HN-I	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9648	C14060100500002083320000339	消融电极(外科术中止血装置)	S 0.2 XSC I	HN-230	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9649	C14060100500002083320000344	消融电极(外科术中止血装置)	D 0.2 ZZZ III	HN-270	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9650	C14060100500002083320000350	消融电极(外科术中止血装置)	S 0.2 ZZC I	HN-230	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9651	C14060100500002083320000353	消融电极(外科术中止血装置)	V 14 330 IV	HN-I	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9652	C14060100500002083320000356	消融电极(外科术中止血装置)	S 0.2 XZC I	HN-200	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9653	C14060100500002083320000358	消融电极(外科术中止血装置)	D 0.2 XZC I	HN-220	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9654	C14060100500002083320000365	消融电极(外科术中止血装置)	S 0.2 SXC I	HN-230	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9655	C14060100500002083320000366	消融电极(外科术中止血装置)	S 0.2 XSC III	HN-230	京械注准20162010296	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	应用于外科手术中消融、止血、清理手术视野。	单极：电极头、塑料手柄、手控按钮开关、电极导线、吸引管组成。双极：左电极片、右电极片、左输水管、右输水管、左控水阀、右控水阀、电极座或塑料手柄、电线、香蕉插头、PVC管组成。	通过			第12批

9656	C14060100500001021760000001	消融电极解剖器	CM-AF-150-25-0s	CM-AF-150-25-0s	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9657	C14060100500001021760000002	消融电极解剖器	CM-AF-100-10-45	CM-AF-100-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9658	C14060100500001021760000003	消融电极解剖器	CM-AF-60-15-45	CM-AF-60-15-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9659	C14060100500001021760000004	消融电极解剖器	CM-AF-100-10-90	CM-AF-100-10-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9660	C14060100500001021760000005	消融电极解剖器	CM-AF-100-15-0	CM-AF-100-15-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9661	C14060100500001021760000006	消融电极解剖器	CM-AF-100-15-45	CM-AF-100-15-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9662	C14060100500001021760000007	消融电极解剖器	CM-AF-100-15-90	CM-AF-100-15-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9663	C14060100500001021760000008	消融电极解剖器	CM-AF-60-15-90	CM-AF-60-15-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9664	C14060100500001021760000009	消融电极解剖器	CM-AF-60-25-0	CM-AF-60-25-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成；其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9665	C14060100500001021760000010	消融电极解剖器	CM-AF-60-25-45	CM-AF-60-25-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9666	C14060100500001021760000011	消融电极解剖器	CM-AF-60-10-0	CM-AF-60-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9667	C14060100500001021760000012	消融电极解剖器	CM-AF-100-25-0	CM-AF-100-25-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9668	C14060100500001021760000013	消融电极解剖器	CM-AF-100-25-45	CM-AF-100-25-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9669	C14060100500001021760000014	消融电极解剖器	CM-AF-100-25-90	CM-AF-100-25-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9670	C14060100500001021760000015	消融电极解剖器	CM-AF-150-10-0	CM-AF-150-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9671	C14060100500001021760000016	消融电极解剖器	CM-AF-60-25-90	CM-AF-60-25-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9672	C14060100500001021760000017	消融电极解剖器	CM-AF-150-10-45	CM-AF-150-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9673	C14060100500001021760000018	消融电极解剖器	CM-B4	CM-B4	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9674	C14060100500001021760000019	消融电极解剖器	CM-AF-150-10-90	CM-AF-150-10-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9675	C14060100500001021760000020	消融电极解剖器	CM-AF-100-10-0	CM-AF-100-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9676	C14060100500001021760000021	消融电极解剖器	CM-B5	CM-B5	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9677	C14060100500001021760000022	消融电极解剖器	CM-AF-150-10-0s	CM-AF-150-10-0s	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9678	C14060100500001021760000023	消融电极解剖器	CM-AF-150-15-0	CM-AF-150-15-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9679	C14060100500001021760000024	消融电极解剖器	CM-AF-60-10-90	CM-AF-60-10-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9680	C14060100500001021760000025	消融电极解剖器	CM-AF-150-15-45	CM-AF-150-15-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9681	C14060100500001021760000026	消融电极解剖器	CM-B6	CM-B6	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9682	C14060100500001021760000027	消融电极解剖器	CM-AF-60-10-45	CM-AF-60-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9683	C14060100500001021760000028	消融电极解剖器	CM-AF-150-15-90	CM-AF-150-15-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9684	C14060100500001021760000029	消融电极解剖器	CM-AF-60-15-0	CM-AF-60-15-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9685	C14060100500001021760000030	消融电极解剖器	CM-B10	CM-B10	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9686	C14060100500001021760000031	消融电极解剖器	CM-AF-150-15-0s	CM-AF-150-15-0s	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9687	C14060100500001021760000032	消融电极解剖器	CM-B11	CM-B11	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9688	C14060100500001021760000033	消融电极解剖器	CM-AF-150-25-0	CM-AF-150-25-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9689	C14060100500001021760000034	消融电极解剖器	CM-B12	CM-B12	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9690	C14060100500001021760000035	消融电极解剖器	CM-AF-150-25-45	CM-AF-150-25-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9691	C14060100500001021760000036	消融电极解剖器	CM-AF-150-25-90	CM-AF-150-25-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9692	C14060100500002021760000001	消融电极解剖器	CM-AZ-150-3-45	CM-AZ-150-3-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9693	C14060100500002021760000002	消融电极解剖器	CM-AZ-100-3-0	CM-AZ-100-3-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9694	C14060100500002021760000003	消融电极解剖器	CM-AZ-180-10-0	CM-AZ-180-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9695	C14060100500002021760000004	消融电极解剖器	CM-AZ-60-10-0	CM-AZ-60-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9696	C14060100500002021760000005	消融电极解剖器	CM-AZ-150-3-0s	CM-AZ-150-3-0s	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9697	C14060100500002021760000006	消融电极解剖器	CM-AZ-100-10-0	CM-AZ-100-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成	通过			第12批

9698	C14060100500002021760000007	消融电极解剖器	CM-AZ-180-3-45	CM-AZ-180-3-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9699	C14060100500002021760000008	消融电极解剖器	CM-AZ-130-3-0	CM-AZ-130-3-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9700	C14060100500002021760000009	消融电极解剖器	CM-AZ-150-10-0s	CM-AZ-150-10-0s	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9701	C14060100500002021760000010	消融电极解剖器	CM-AZ-130-10-0	CM-AZ-130-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9702	C14060100500002021760000011	消融电极解剖器	CM-AZ-80-3-0	CM-AZ-80-3-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9703	C14060100500002021760000012	消融电极解剖器	CM-AZ-130-10-45	CM-AZ-130-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9704	C14060100500002021760000013	消融电极解剖器	CM-AZ-80-10-90	CM-AZ-80-10-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9705	C14060100500002021760000014	消融电极解剖器	CM-AZ-180-3-0	CM-AZ-180-3-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9706	C14060100500002021760000015	消融电极解剖器	CM-AZ-80-10-45	CM-AZ-80-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9707	C14060100500002021760000016	消融电极解剖器	CM-AZ-60-10-45	CM-AZ-60-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9708	C14060100500002021760000017	消融电极解剖器	CM-AZ-150-10-45	CM-AZ-150-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9709	C14060100500002021760000018	消融电极解剖器	CM-AZ-30-3-0	CM-AZ-30-3-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9710	C14060100500002021760000019	消融电极解剖器	CM-AZ-60-3-0	CM-AZ-60-3-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9711	C14060100500002021760000020	消融电极解剖器	CM-AZ-130-3-45	CM-AZ-130-3-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9712	C14060100500002021760000021	消融电极解剖器	CM-AZ-60-3-45	CM-AZ-60-3-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9713	C14060100500002021760000022	消融电极解剖器	CM-AZ-180-10-90	CM-AZ-180-10-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9714	C14060100500002021760000023	消融电极解剖器	CM-AZ-80-10-0	CM-AZ-80-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9715	C14060100500002021760000024	消融电极解剖器	CM-AZ-80-3-45	CM-AZ-80-3-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9716	C14060100500002021760000025	消融电极解剖器	CM-AZ-40-3-0	CM-AZ-40-3-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9717	C14060100500002021760000026	消融电极解剖器	CM-AZ-40-10-0	CM-AZ-40-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9718	C14060100500002021760000027	消融电极解剖器	CM-AZ-180-10-45	CM-AZ-180-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9719	C14060100500002021760000028	消融电极解剖器	CM-AZ-30-3-45	CM-AZ-30-3-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9720	C14060100500002021760000029	消融电极解剖器	CM-AZ-100-3-45	CM-AZ-100-3-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9721	C14060100500002021760000030	消融电极解剖器	CM-AZ-150-10-0	CM-AZ-150-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9722	C14060100500002021760000031	消融电极解剖器	CM-AZ-100-10-45	CM-AZ-100-10-45	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9723	C14060100500002021760000032	消融电极解剖器	CM-AZ-150-3-0	CM-AZ-150-3-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9724	C14060100500002021760000033	消融电极解剖器	CM-AZ-40-10-90	CM-AZ-40-10-90	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9725	C14060100500002021760000034	消融电极解剖器	CM-AZ-30-10-0	CM-AZ-30-10-0	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9726	C14060100500002021760000035	消融电极解剖器	CM-B1	CM-B1	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9727	C14060100500002021760000036	消融电极解剖器	CM-B2	CM-B2	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9728	C14060100500002021760000037	消融电极解剖器	CM-B3	CM-B3	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9729	C14060100500002021760000038	消融电极解剖器	CM-B7	CM-B7	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9730	C14060100500002021760000039	消融电极解剖器	CM-B8	CM-B8	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9731	C14060100500002021760000040	消融电极解剖器	CM-B9	CM-B9	苏械注准20232010077	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品作为高频手术设备的附件，与高频手术设备配合使用，在开放性高频手术中对目标组织实施切除、消融、凝血及剥离作用。	电极由电极刀头、控制手柄、按钮开关、电缆线和插头组成;其中电极刀头由刀头、刀柄、绝缘套组成。	通过			第12批

9732	C01050602100001063630000533	一次性等离子刀头	RC402L4	RC402L4	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9733	C01050602100001063630000534	一次性等离子刀头	RC402L8	RC402L8	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9734	C01050602100001063630000535	一次性等离子刀头	RC305L4	RC305L4	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9735	C01050602100001063630000536	一次性等离子刀头	RC305L5	RC305L5	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9736	C01050602100001063630000537	一次性等离子刀头	RC402L7	RC402L7	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9737	C01050602100001063630000538	一次性等离子刀头	RC4077	RC4077	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9738	C01050602100001063630000539	一次性等离子刀头	RC402L9	RC402L9	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9739	C01050602100001063630000540	一次性等离子刀头	RC4076	RC4076	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9740	C01050602100001063630000542	一次性等离子刀头	RC304S2	RC304S2	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9741	C01050602100001063630000543	一次性等离子刀头	RC304S5	RC304S5	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9742	C01050602100001063630000544	一次性等离子刀头	RC402L5	RC402L5	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9743	C01050602100001063630000545	一次性等离子刀头	RC403L6	RC403L6	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9744	C01050602100001063630000546	一次性等离子刀头	RC402L6	RC402L6	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9745	C01050602100001063630000547	一次性等离子刀头	RC403L5	RC403L5	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9746	C01050602100001063630000548	一次性等离子刀头	RC304S4	RC304S4	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9747	C01050602100001063630000549	一次性等离子刀头	RC303S2	RC303S2	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9748	C01050602100001063630000550	一次性等离子刀头	RC303L2	RC303L2	苏械注准20192010167	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9749	C14040100500000063630000599	一次性等离子刀头	AC305L5	AC305L5	苏械注准20192010167	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9750	C14040100500000063630000600	一次性等离子刀头	AC304S2	AC304S2	苏械注准20192010167	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9751	C14040100500000063630000603	一次性等离子刀头	AC403L5	AC403L5	苏械注准20192010167	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9752	C14040100500000063630000604	一次性等离子刀头	AC305L4	AC305L4	苏械注准20192010167	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9753	C14040100500000063630000605	一次性等离子刀头	AC304S4	AC304S4	苏械注准20192010167	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9754	C14040100500000063630000608	一次性等离子刀头	AC304S5	AC304S5	苏械注准20192010167	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9755	C14040100500000063630000616	一次性等离子刀头	AC403L6	AC403L6	苏械注准20192010167	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	该产品由工作端的双极等离子刀头、刀杆、塑料手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。其中，型号AC303S1、RC303S1、AC303L、RC303L、AC303L1、RC303L1、AC303L2、RC303L2、AC304S4、RC304S4、AC304S5、RC304S5、AC309S1、RC309S1、AC309S2、RC309S2、AC309、RC309、AC3093、	通过			第12批

9756	C14040100500000247860000002	一次性等离子消融电极刀头	AE-10A	AE-10A	鲁械注准20252010314	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性等离子消融电极刀头用于非内窥镜手术中，与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	一次性等离子消融电极刀头由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。	通过			第12批

9757	C14040100500000247860000005	一次性等离子消融电极刀头	AE-10B	AE-10B	鲁械注准20252010314	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性等离子消融电极刀头用于非内窥镜手术中，与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	一次性等离子消融电极刀头由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。	通过			第12批

9758	C14040100500000247860000010	一次性等离子消融电极刀头	AE-17B	AE-17B	鲁械注准20252010314	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性等离子消融电极刀头用于非内窥镜手术中，与高频手术设备配合使用，在开放性外科手术中用于对常规软组织进行切割和凝血。	一次性等离子消融电极刀头由电极、防滑护套、绝缘套管（内含刀杆）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。	通过			第12批

9759	C14060100500002127400000001	一次性多功能手术解剖器(消融电极）	LL-JPQ-153B8	LL-JPQ-153B8	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9760	C14060100500002127400000002	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-150A3	LL-JPQ-150A3	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9761	C14060100500002127400000003	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-175A3	LL-JPQ-175A3	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9762	C14060100500002127400000004	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-124B3	LL-JPQ-124B3	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9763	C14060100500002127400000005	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-063A3	LL-JPQ-063A3	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9764	C14060100500002127400000006	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-163B22	LL-JPQ-163B22	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9765	C1406010050000212740000007	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-172D110	LL-JPQ-172D110	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9766	C14060100500002127400000008	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-124C10	LL-JPQ-124C10	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9767	C14060100500002127400000009	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-047B10	LL-JPQ-047B10	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9768	C14060100500002127400000010	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-200B3	LL-JPQ-200B3	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9769	C14060100500002127400000011	一次性多功能手术解剖器(消融电极)	LL-JPQ-053A3	LL-JPQ-053A3	滇械注准20232010026	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与发生器配合使用，在外科手术中作切割、消融、凝血使用。	一次性多功能手术解剖器(消融电极)由射频电极、电切按钮、电凝按钮、电极刀柄、电极电缆、电极插头组成。	通过			第12批

9770	C14040100500000234740000004	一次性射频等离子刀(消融凝固电极)	PE301	PE301	湘械注准20242010865	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品为单极模式，需与连接器适配的单极输出模式的高频/等离子手术设备配合使用，用于开放式外科手术中对软组织实施切割和凝血。	本产品由等离子电极金属刀头、绝缘套管、塑料手柄、手控按键开关、电缆线、插头（连接器）及硅胶吸引管组成。其中电极头部由304不锈钢组成，表面涂敷陶瓷（氧化硅）绝缘涂层；产品经环氧乙烷灭菌，一次性无菌包装供应。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9771	C14040100500000234740000006	一次性射频等离子刀(消融凝固电极)	PE300	PE300	湘械注准20242010865	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品为单极模式，需与连接器适配的单极输出模式的高频/等离子手术设备配合使用，用于开放式外科手术中对软组织实施切割和凝血。	本产品由等离子电极金属刀头、绝缘套管、塑料手柄、手控按键开关、电缆线、插头（连接器）及硅胶吸引管组成。其中电极头部由304不锈钢组成，表面涂敷陶瓷（氧化硅）绝缘涂层；产品经环氧乙烷灭菌，一次性无菌包装供应。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9772	C14040100500000234740000007	一次性射频等离子刀(消融凝固电极)	PE303-2	PE303-2	湘械注准20242010865	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品为单极模式，需与连接器适配的单极输出模式的高频/等离子手术设备配合使用，用于开放式外科手术中对软组织实施切割和凝血。	本产品由等离子电极金属刀头、绝缘套管、塑料手柄、手控按键开关、电缆线、插头（连接器）及硅胶吸引管组成。其中电极头部由304不锈钢组成，表面涂敷陶瓷（氧化硅）绝缘涂层；产品经环氧乙烷灭菌，一次性无菌包装供应。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9773	C14040100500000234740000008	一次性射频等离子刀(消融凝固电极)	PE303	PE303	湘械注准20242010865	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	本产品为单极模式，需与连接器适配的单极输出模式的高频/等离子手术设备配合使用，用于开放式外科手术中对软组织实施切割和凝血。	本产品由等离子电极金属刀头、绝缘套管、塑料手柄、手控按键开关、电缆线、插头（连接器）及硅胶吸引管组成。其中电极头部由304不锈钢组成，表面涂敷陶瓷（氧化硅）绝缘涂层；产品经环氧乙烷灭菌，一次性无菌包装供应。	不通过	适用范围和组成均未见消融功能		第12批

9774	C14050100500000157090000001	一次性射频等离子手术电极	3.8X260X45°	LYRA-E623S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9775	C14050100500000157090000002	一次性射频等离子手术电极	2.3X380X0。	LYRA-S101G	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9776	C14050100500000157090000009	一次性射频等离子手术电极	3.8X135X90°	LYRA-A112S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9777	C14050100500000157090000011	一次性射频等离子手术电极	3.8X135X50°	LYRA-A212S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9778	C14050100500000157090000014	一次性射频等离子手术电极	3.8X135X50°	LYRA-A312S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9779	C14050100500000157090000016	一次性射频等离子手术电极	3.3X135X30°	LYRA-A501S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9780	C14050100500000157090000019	一次性射频等离子手术电极	3.0X135X30°	LYRA-A702H	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9781	C14050100500000157090000021	一次性射频等离子手术电极	3.8X135X90°	LYRA-A912S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9782	C14050100500000157090000022	一次性射频等离子手术电极	1.7X115X20°	LYRA-E103S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9783	C14050100500000157090000023	一次性射频等离子手术电极	1.7X115X50°	LYRA-E203S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9784	C14050100500000157090000024	一次性射频等离子手术电极	4.5X125X45°	LYRA-E323S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9785	C14050100500000157090000027	一次性射频等离子手术电极	3.0X135X45°	LYRA-A601S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9786	C14050100500000157090000029	一次性射频等离子手术电极	3.8X155X50°	LYRA-A211S	津械注准20222010257	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与频率为100-120kHz、最大输出功率不超过400W的射频消融治疗仪配合使用,用于关节手术、椎间盘手术和耳鼻喉手术中软组织的切割、消融、凝固和止血治疗	一次性射频等离子手术电极由工作电极、电极杆、套管、手柄、导线和插头组成。其中工作电极形式包括针状、片状、环状、丝状和球状；电极杆中的吸引通道形式包括有吸引管、有注水管，无吸引管、无注水管，有吸引管、无注水管；手柄形式包括带按键手柄、无按键手柄。	通过			第12批

9787	C14040100500000135970000002	一次性射频等离子体手术刀头(电极)	VF24E	VF24E	皖械注准20212010270	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。	1、VD01E、VD02E、VD03E、VD07U、VD10U、VD27U、VE01E、VE02E、VE03E、VE04E、VE05E、VE06E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成；2、VD04U、VD05E、VD06U、VD08U、VD09U、VD11U、VD12U、VD13U、VD14U、VD15G、VD16E、VD17G、VD18J、VD20U、VD21U、	通过			第12批

9788	C14040100500000135970000018	一次性射频等离子体手术刀头(电极)	VF20E	VF20E	皖械注准20212010270	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。	1、VD01E、VD02E、VD03E、VD07U、VD10U、VD27U、VE01E、VE02E、VE03E、VE04E、VE05E、VE06E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成；2、VD04U、VD05E、VD06U、VD08U、VD09U、VD11U、VD12U、VD13U、VD14U、VD15G、VD16E、VD17G、VD18J、VD20U、VD21U、	通过			第12批

9789	C14040100500000135970000025	一次性射频等离子体手术刀头(电极)	VD01E	VD01E	皖械注准20212010270	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。	1、VD01E、VD02E、VD03E、VD07U、VD10U、VD27U、VE01E、VE02E、VE03E、VE04E、VE05E、VE06E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成；2、VD04U、VD05E、VD06U、VD08U、VD09U、VD11U、VD12U、VD13U、VD14U、VD15G、VD16E、VD17G、VD18J、VD20U、VD21U、	通过			第12批

9790	C14040100500000135970000047	一次性射频等离子体手术刀头(电极)	VF25E	VF25E	皖械注准20212010270	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术治疗设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。	1、VD01E、VD02E、VD03E、VD07U、VD10U、VD27U、VE01E、VE02E、VE03E、VE04E、VE05E、VE06E由双电极、绝缘套管、塑料手柄、插头组成；2、VD04U、VD05E、VD06U、VD08U、VD09U、VD11U、VD12U、VD13U、VD14U、VD15G、VD16E、VD17G、VD18J、VD20U、VD21U、	通过			第12批

9791	C01050602100001167970000127	一次性射频消融电极针	ARS404	ARS404	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9792	C01050602100001167970000128	一次性射频消融电极针	BRN307	BRN307	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9793	C01050602100001167970000129	一次性射频消融电极针	ARN203	ARN203	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9794	C01050602100001167970000134	一次性射频消融电极针	BRN221	BRN221	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9795	C01050602100001167970000136	一次性射频消融电极针	BRN211	BRN211	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9796	C01050602100001167970000144	一次性射频消融电极针	ARN101	ARN101	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9797	C01050602100001167970000146	一次性射频消融电极针	ARN308	ARN308	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9798	C01050602100001167970000147	一次性射频消融电极针	ARS211	ARS211	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9799	C01050602100001167970000149	一次性射频消融电极针	BRS404	BRS404	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9800	C01050602100001167970000150	一次性射频消融电极针	BRN304	BRN304	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9801	C01050602100001167970000151	一次性射频消融电极针	BRS410	BRS410	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9802	C01050602100001167970000152	一次性射频消融电极针	BRS211	BRS211	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9803	C01050602100001167970000157	一次性射频消融电极针	BRS214	BRS214	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9804	C01050602100001167970000161	一次性射频消融电极针	BRS215	BRS215	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9805	C01050602100001167970000162	一次性射频消融电极针	BRN216	BRN216	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9806	C01050602100001167970000163	一次性射频消融电极针	BRN220	BRN220	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9807	C01050602100001167970000165	一次性射频消融电极针	BRN203	BRN203	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9808	C01050602100001167970000166	一次性射频消融电极针	BRN219	BRN219	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9809	C01050602100001167970000171	一次性射频消融电极针	ARN304	ARN304	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9810	C01050602100001167970000174	一次性射频消融电极针	BRN225	BRN225	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9811	C01050602100001167970000175	一次性射频消融电极针	ARN305	ARN305	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9812	C01050602100001167970000182	一次性射频消融电极针	BRN116	BRN116	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9813	C01050602100001167970000184	一次性射频消融电极针	ARS407	ARS407	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9814	C01050602100001167970000187	一次性射频消融电极针	BRN217	BRN217	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9815	C01050602100001167970000190	一次性射频消融电极针	BRN306	BRN306	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9816	C01050602100001167970000192	一次性射频消融电极针	BRN118	BRN118	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9817	C01050602100001167970000196	一次性射频消融电极针	ARS210	ARS210	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9818	C01050602100001167970000197	一次性射频消融电极针	BRN212	BRN212	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9819	C01050602100001167970000199	一次性射频消融电极针	ARN207	ARN207	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9820	C01050602100001167970000202	一次性射频消融电极针	BRN201	BRN201	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9821	C01050602100001167970000205	一次性射频消融电极针	BRN209	BRN209	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9822	C01050602100001167970000207	一次性射频消融电极针	BRN224	BRN224	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9823	C01050602100001167970000208	一次性射频消融电极针	BRS413	BRS413	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9824	C01050602100001167970000210	一次性射频消融电极针	ARN307	ARN307	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9825	C01050602100001167970000212	一次性射频消融电极针	BRS407	BRS407	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9826	C01050602100001167970000215	一次性射频消融电极针	ARN102	ARN102	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9827	C01050602100001167970000216	一次性射频消融电极针	ARS209	ARS209	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9828	C01050602100001167970000217	一次性射频消融电极针	BRN215	BRN215	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9829	C01050602100001167970000223	一次性射频消融电极针	ARN301	ARN301	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9830	C01050602100001167970000226	一次性射频消融电极针	BRN301	BRN301	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9831	C01050602100001167970000229	一次性射频消融电极针	BRN305	BRN305	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9832	C01050602100001167970000231	一次性射频消融电极针	ARS405	ARS405	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9833	C01050602100001167970000234	一次性射频消融电极针	BRN303	BRN303	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9834	C01050602100001167970000235	一次性射频消融电极针	BRN222	BRN222	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9835	C01050602100001167970000237	一次性射频消融电极针	ARN306	ARN306	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9836	C01050602100001167970000239	一次性射频消融电极针	BRN227	BRN227	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9837	C01050602100001167970000240	一次性射频消融电极针	ARN302	ARN302	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9838	C01050602100001167970000241	一次性射频消融电极针	ARN303	ARN303	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9839	C01050602100001167970000246	一次性射频消融电极针	BRN308	BRN308	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9840	C01050602100001167970000250	一次性射频消融电极针	BRS405	BRS405	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9841	C01050602100001167970000252	一次性射频消融电极针	ARN116	ARN116	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9842	C01050602100001167970000254	一次性射频消融电极针	ARN201	ARN201	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9843	C01050602100001167970000255	一次性射频消融电极针	BRS409	BRS409	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9844	C01050602100001167970000259	一次性射频消融电极针	BRN223	BRN223	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9845	C01050602100001167970000260	一次性射频消融电极针	BRS412	BRS412	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9846	C01050602100001167970000263	一次性射频消融电极针	BRN302	BRN302	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9847	C01050602100001167970000265	一次性射频消融电极针	ARN209	ARN209	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9848	C01050602100001167970000270	一次性射频消融电极针	BRN226	BRN226	苏械注准20242010078	甲类	021-电极类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9849	C14050100500000167970000244	一次性射频消融电极针	ARN218	ARN218	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9850	C14050100500000167970000247	一次性射频消融电极针	BRN108	BRN108	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9851	C14050100500000167970000249	一次性射频消融电极针	BRN109	BRN109	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9852	C14050100500000167970000250	一次性射频消融电极针	BRN102	BRN102	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9853	C14050100500000167970000251	一次性射频消融电极针	BRS213	BRS213	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9854	C14050100500000167970000264	一次性射频消融电极针	BRN107	BRN107	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9855	C14050100500000167970000270	一次性射频消融电极针	BRN218	BRN218	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9856	C14050100500000167970000272	一次性射频消融电极针	ARN108	ARN108	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9857	C14050100500000167970000276	一次性射频消融电极针	ARS213	ARS213	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9858	C14050100500000167970000277	一次性射频消融电极针	ARN107	ARN107	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9859	C14050100500000167970000279	一次性射频消融电极针	ARS214	ARS214	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9860	C14050100500000167970000282	一次性射频消融电极针	BRN103	BRN103	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9861	C14050100500000167970000288	一次性射频消融电极针	ARN103	ARN103	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9862	C14050100500000167970000289	一次性射频消融电极针	ARN109	ARN109	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9863	C14050100500000167970000293	一次性射频消融电极针	ARN219	ARN219	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9864	C14050100500000167970000297	一次性射频消融电极针	BRN101	BRN101	苏械注准20242010078	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。	由套管、探针（部分型号含热电偶）、绝缘层、手柄、电缆、吸引软管（选配）和滴注管（选配）组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

9865	C14050100500000045640000001	一次性使用多功能手术解剖器(消融电极)	SCB-T 03	SCB-T 03	浙械注准20242011710	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	产品与高频手术设备联合使用，用于对目标组织的凝闭，不适用于内窥镜外科手术。	产品分为SCA-T/SCB-T/SCA/SCB四个型号，SCA-T/SCB-T型由消融电极刀头、手柄、线缆和插头组成，SCA/SCB型为消融电极刀头，由工作部、插入部组成。	通过			第12批

9866	C14040100500000218820000001	一次性使用射频等离子手术电极	P0304	P0304	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的(输出功率小于400W、频率(100士10%)kHz)等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管(仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极)、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9867	C14040100500000218820000002	一次性使用射频等离子手术电极	P0306(12Pins)	P0306(12Pins)	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的(输出功率小于400W、频率(100士10%)kHz)等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管(仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极)、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9868	C14040100500000218820000005	一次性使用射频等离子手术电极	P0305	P0305	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的(输出功率小于400W、频率(100士10%)kHz)等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管(仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极)、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9869	C14040100500000218820000006	一次性使用射频等离子手术电极	P0406	P0406	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的（输出功率小于400W、频率（100±10%）kHz）等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割、凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管（仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极）、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9870	C14040100500000218820000007	一次性使用射频等离子手术电极	P0408	P0408	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的(输出功率小于400W、频率(100士10%)kHz)等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管(仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极)、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9871	C14040100500000218820000009	一次性使用射频等离子手术电极	P0301	P0301	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的(输出功率小于400W、频率(100士10%)kHz)等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管(仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极)、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9872	C14040100500000218820000010	一次性使用射频等离子手术电极	P0403	P0403	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的(输出功率小于400W、频率(100士10%)kHz)等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管(仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极)、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9873	C14040100500000218820000013	一次性使用射频等离子手术电极	P0306(7Pins)	P0306(7Pins)	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的(输出功率小于400W、频率(100士10%)kHz)等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管(仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极)、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9874	C14040100500000218820000014	一次性使用射频等离子手术电极	P0404	P0404	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的(输出功率小于400W、频率(100士10%)kHz)等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管(仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极)、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9875	C14040100500000218820000015	一次性使用射频等离子手术电极	P0401	P0401	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的（输出功率小于400W、频率（100±10%）kHz）等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割、凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管（仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极）、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9876	C14040100500000218820000016	一次性使用射频等离子手术电极	P0402	P0402	浙械注准20232012079	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	该产品与取得医疗器械产品注册证的（输出功率小于400W、频率（100±10%）kHz）等离子手术主机配合使用，非内窥镜下用于人体组织的消融、切割、凝固止血。	一次性使用射频等离子手术电极由电极刀头、电极管、绝缘套管、塑料内衬、塑料手柄、电缆线、插头、吸水管（仅带吸引装置电极、带吸引装置及出水装置电极）、滴水管（仅带吸引装置及出水装置电极）组成。	通过			第12批

9877	C14050100500000127400000001	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-057B10	LL-XRDT-057B10	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9878	C14050100500000127400000002	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-098B3	LL-XRDT-098B3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9879	C14050100500000127400000004	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-053A3	LL-XRDT-053A3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9880	C14050100500000127400000005	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-124B3	LL-XRDT-124B3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9881	C14050100500000127400000006	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-049A3	LL-XRDT-049A3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9882	C14050100500000127400000007	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-098C10	LL-XRDT-098C10	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	”1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9883	C14050100500000127400000008	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-099A3	LL-XRDT-099A3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9884	C14050100500000127400000009	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-055A3	LL-XRDT-055A3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9885	C14050100500000127400000010	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-051A3	LL-XRDT-051A3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9886	C14050100500000127400000011	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-163B22	LL-XRDT-163B22	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9887	C14050100500000127400000012	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-059A3	LL-XRDT-059A3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9888	C14050100500000127400000013	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-128B8	LL-XRDT-128B8	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9889	C14050100500000127400000014	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-172D110	LL-XRDT-172D110	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9890	C14050100500000127400000015	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-149B3	LL-XRDT-149B3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9891	C14050100500000127400000016	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-178B8	LL-XRDT-178B8	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9892	C14050100500000127400000017	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-188B22	LL-XRDT-188B22	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9893	C14050100500000127400000018	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-153B8	LL-XRDT-153B8	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9894	C14050100500000127400000019	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-149C10	LL-XRDT-149C10	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9895	C14050100500000127400000020	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-052B3	LL-XRDT-052B3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9896	C14050100500000127400000021	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-063A3	LL-XRDT-063A3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9897	C14050100500000127400000022	一次性使用射频消融刀头	LL-XRDT-061A3	LL-XRDT-061A3	滇械注准20232010027	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	一次性使用射频消融刀头与发生器配合使用，用于精密软组织的切割、消融、凝血使用。	一次性使用射频消融刀头由针柄、针尖、绝缘热缩管、保护套组成。	通过			第12批

9898	C14060100500001230560000001	一次性使用消融电极	YC-CKF-11	YC-CKF-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9899	C14060100500001230560000002	一次性使用消融电极	YC-CKP-21	YC-CKP-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9900	C14060100500001230560000003	一次性使用消融电极	YA-CQF-X3	YA-CQF-X3	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9901	C14060100500001230560000004	一次性使用消融电极	YC-CKF-21	YC-CKF-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9902	C14060100500001230560000005	一次性使用消融电极	YA-CRW-1X	YA-CRW-1X	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9903	C14060100500001230560000006	一次性使用消融电极	YA-XKP-12	YA-XKP-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9904	C14060100500001230560000007	一次性使用消融电极	YA-CEW-1X	YA-CEW-1X	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9905	C14060100500001230560000008	一次性使用消融电极	YA-XKF-12	YA-XKF-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9906	C14060100500001230560000009	一次性使用消融电极	YA-XKP-13	YA-XKP-13	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9907	C14060100500001230560000010	一次性使用消融电极	YA-CTW-1X	YA-CTW-1X	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9908	C14060100500001230560000011	一次性使用消融电极	YC-CSP-11	YC-CSP-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9909	C14060100500001230560000012	一次性使用消融电极	YA-XKF-13	YA-XKF-13	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9910	C14060100500001230560000013	一次性使用消融电极	YC-CSF-11	YC-CSF-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9911	C14060100500001230560000014	一次性使用消融电极	YC-CSP-21	YC-CSP-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9912	C14060100500001230560000015	一次性使用消融电极	YA-CSP-X1	YA-CSP-X1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9913	C14060100500001230560000016	一次性使用消融电极	YA-CKP-12	YA-CKP-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9914	C14060100500001230560000017	一次性使用消融电极	YC-CSF-21	YC-CSF-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9915	C14060100500001230560000018	一次性使用消融电极	YA-CSF-X1	YA-CSF-X1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9916	C14060100500001230560000019	一次性使用消融电极	YA-CKF-12	YA-CKF-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9917	C14060100500001230560000020	一次性使用消融电极	YB-XKP-1	YB-XKP-1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9918	C14060100500001230560000021	一次性使用消融电极	YA-CKP-13	YA-CKP-13	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9919	C14060100500001230560000022	一次性使用消融电极	YB-XKF-1	YB-XKF-1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9920	C14060100500001230560000023	一次性使用消融电极	YA-CKF-13	YA-CKF-13	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9921	C14060100500001230560000024	一次性使用消融电极	YB-XKP-2	YB-XKP-2	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9922	C14060100500001230560000025	一次性使用消融电极	YB-XKF-2	YB-XKF-2	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9923	C14060100500001230560000026	一次性使用消融电极	YA-CQP-X1	YA-CQP-X1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9924	C14060100500001230560000027	一次性使用消融电极	YC-XKP-11	YC-XKP-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9925	C14060100500001230560000028	一次性使用消融电极	YA-CQF-X1	YA-CQF-X1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9926	C14060100500001230560000029	一次性使用消融电极	YC-XKF-11	YC-XKF-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9927	C14060100500001230560000030	一次性使用消融电极	YC-XKP-21	YC-XKP-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9928	C14060100500001230560000031	一次性使用消融电极	YA-CQP-X2	YA-CQP-X2	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9929	C14060100500001230560000032	一次性使用消融电极	YC-XKF-21	YC-XKF-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9930	C14060100500001230560000033	一次性使用消融电极	YA-CQF-X2	YA-CQF-X2	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9931	C14060100500001230560000034	一次性使用消融电极	YA-CQP-X3	YA-CQP-X3	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9932	C14060100500001230560000035	一次性使用消融电极	YC-CKP-11	YC-CKP-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9933	C14060100500002230560000001	一次性使用消融电极	YC-XNF-11	YC-XNF-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9934	C14060100500002230560000002	一次性使用消融电极	YA-CNP-32	YA-CNP-32	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9935	C14060100500002230560000003	一次性使用消融电极	YA-XNW-21	YA-XNW-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9936	C14060100500002230560000004	一次性使用消融电极	YA-XNW-31	YA-XNW-31	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9937	C14060100500002230560000005	一次性使用消融电极	YC-XNW-21	YC-XNW-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9938	C14060100500002230560000006	一次性使用消融电极	YA-CNF-11	YA-CNF-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9939	C14060100500002230560000007	一次性使用消融电极	YC-XNP-21	YC-XNP-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9940	C14060100500002230560000008	一次性使用消融电极	YA-CNF-21	YA-CNF-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9941	C14060100500002230560000009	一次性使用消融电极	YC-XNF-21	YC-XNF-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9942	C14060100500002230560000010	一次性使用消融电极	YA-XNW-12	YA-XNW-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9943	C14060100500002230560000011	一次性使用消融电极	YA-CNF-31	YA-CNF-31	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9944	C14060100500002230560000012	一次性使用消融电极	YA-XNW-22	YA-XNW-22	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9945	C14060100500002230560000013	一次性使用消融电极	YC-CNW-11	YC-CNW-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9946	C14060100500002230560000014	一次性使用消融电极	YA-XNW-32	YA-XNW-32	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9947	C14060100500002230560000015	一次性使用消融电极	YC-CNP-11	YC-CNP-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9948	C14060100500002230560000016	一次性使用消融电极	YC-CNF-11	YC-CNF-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9949	C1406010050000223056000017	一次性使用消融电极	YA-XNP-11	YA-XNP-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9950	C14060100500002230560000018	一次性使用消融电极	YA-XNP-21	YA-XNP-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9951	C14060100500002230560000019	一次性使用消融电极	YC-CNW-21	YC-CNW-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9952	C14060100500002230560000020	一次性使用消融电极	YA-XNP-31	YA-XNP-31	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9953	C14060100500002230560000021	一次性使用消融电极	YC-CNP-21	YC-CNP-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9954	C14060100500002230560000022	一次性使用消融电极	YC-CNF-21	YC-CNF-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9955	C14060100500002230560000023	一次性使用消融电极	YA-XNP-12	YA-XNP-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9956	C14060100500002230560000024	一次性使用消融电极	YA-XNP-22	YA-XNP-22	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9957	C14060100500002230560000025	一次性使用消融电极	YA-XNP-32	YA-XNP-32	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9958	C14060100500002230560000026	一次性使用消融电极	ZE-H-130	ZE-H-130	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9959	C14060100500002230560000027	一次性使用消融电极	YA-CNF-12	YA-CNF-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9960	C14060100500002230560000028	一次性使用消融电极	ZE-H-160	ZE-H-160	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9961	C14060100500002230560000029	一次性使用消融电极	YA-XNF-11	YA-XNF-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9962	C14060100500002230560000030	一次性使用消融电极	ZE-H-180	ZE-H-180	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9963	C14060100500002230560000031	一次性使用消融电极	YA-XNF-21	YA-XNF-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9964	C14060100500002230560000032	一次性使用消融电极	YA-CNF-22	YA-CNF-22	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9965	C14060100500002230560000033	一次性使用消融电极	ZE-W-160	ZE-W-160	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9966	C14060100500002230560000034	一次性使用消融电极	YA-CNF-32	YA-CNF-32	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9967	C14060100500002230560000035	一次性使用消融电极	YA-XNF-31	YA-XNF-31	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9968	C14060100500002230560000036	一次性使用消融电极	ZE-W-180	ZE-W-180	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9969	C14060100500002230560000037	一次性使用消融电极	YA-XNF-12	YA-XNF-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9970	C14060100500002230560000038	一次性使用消融电极	YA-XNF-22	YA-XNF-22	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9971	C14060100500002230560000039	一次性使用消融电极	ZF-H-180	ZF-H-180	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9972	C14060100500002230560000040	一次性使用消融电极	YA-XNF-32	YA-XNF-32	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9973	C14060100500002230560000041	一次性使用消融电极	ZF-H-200	ZF-H-200	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9974	C14060100500002230560000042	一次性使用消融电极	ZF-H-230	ZF-H-230	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9975	C14060100500002230560000043	一次性使用消融电极	YA-CNW-11	YA-CNW-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9976	C14060100500002230560000044	一次性使用消融电极	YB-XNW-1	YB-XNW-1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9977	C14060100500002230560000045	一次性使用消融电极	YA-CNW-21	YA-CNW-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9978	C14060100500002230560000046	一次性使用消融电极	YB-XNP-1	YB-XNP-1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9979	C14060100500002230560000047	一次性使用消融电极	YA-CNW-31	YA-CNW-31	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9980	C14060100500002230560000048	一次性使用消融电极	YB-XNF-1	YB-XNF-1	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9981	C14060100500002230560000049	一次性使用消融电极	YA-CNW-12	YA-CNW-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9982	C1406010050000223056000005 0	一次性使用消融电极	ZF-H-250	ZF-H-250	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9983	C14060100500002230560000051	一次性使用消融电极	YB-XNW-2	YB-XNW-2	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9984	C14060100500002230560000052	一次性使用消融电极	YA-CNW-22	YA-CNW-22	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9985	C14060100500002230560000053	一次性使用消融电极	ZF-H-300	ZF-H-300	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9986	C14060100500002230560000054	一次性使用消融电极	YA-CNW-32	YA-CNW-32	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9987	C14060100500002230560000055	一次性使用消融电极	YB-XNP-2	YB-XNP-2	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9988	C14060100500002230560000056	一次性使用消融电极	ZF-W-180	ZF-W-180	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9989	C14060100500002230560000057	一次性使用消融电极	YB-XNF-2	YB-XNF-2	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9990	C1406010050000223056000005 8	一次性使用消融电极	YA-CNP-11	YA-CNP-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9991	C14060100500002230560000059	一次性使用消融电极	ZF-W-200	ZF-W-200	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9992	C14060100500002230560000060	一次性使用消融电极	YA-CNP-21	YA-CNP-21	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9993	C14060100500002230560000061	一次性使用消融电极	ZF-W-230	ZF-W-230	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9994	C14060100500002230560000062	一次性使用消融电极	YA-CNP-31	YA-CNP-31	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9995	C14060100500002230560000063	一次性使用消融电极	ZF-W-250	ZF-W-250	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9996	C14060100500002230560000064	一次性使用消融电极	YC-XNW-11	YC-XNW-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9997	C1406010050000223056000006 5	一次性使用消融电极	ZF-W-300	ZF-W-300	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9998	C14060100500002230560000066	一次性使用消融电极	YC-XNP-11	YC-XNP-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

9999	C14060100500002230560000067	一次性使用消融电极	YA-CNP-12	YA-CNP-12	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

10000	C14060100500002230560000068	一次性使用消融电极	YA-XNW-11	YA-XNW-11	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批

10001	C14060100500002230560000069	一次性使用消融电极	YA-CNP-22	YA-CNP-22	渝械注准20252010260	丙类	005-手术刀头类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		消融电极	用于非内窥镜外科手术中，与高频手术设备配合使用，作为高频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血。	一次性使用消融电极（以下简称消融电极）按其结构和工作原理的不同，分为单极电极、双极电极。其中，单极电极主要由电极刀头、功能管（适用时）、推键（适用时）、绝缘套管、吸引管路（适用时）、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。其中，单极电极按其功能及配置不	通过			第12批
10002	C14020225800005001510000001	新生儿护脐带	70mmX400mm	纯棉型	渝械注准20242140258	丙类	258-脐带护理类	否			是	120100008	新生儿特殊护理	包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴、功能训练、脐带结扎等	新生儿脐部敷贴、包扎保护带、绷带卷、肛管	新生儿脐部敷贴	供新生儿断脐部位保护。	新生儿护脐带由腹带、医用脱脂纱布组成；腹带由纯棉针织布和医用透气胶带组成。改产品采用环氧乙烷灭菌	通过			第12批

10003	C04010411803002073370000001	聚醚醚酮颅颌面固定板	162×60×10	PCFS-162	国械注准20233130308	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	与同系列固定螺钉产品配合，适用于颅颌面的骨折内固定及缺损固定使用。	该产品分为两孔连接片、四孔连接片、雪花型（六孔）连接片，由符合YY/T 0660标准要求的PEEK-OPTIMALT1材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌有效期3年。	通过			第12批
10004	C12070111800000037280000004	可吸收血管封合医用胶	（血管）8mL	8mL	国械注准20193020081	丙类	118-修补材料类	否			是	330802	心脏血管手术		各种人工、同种异体血管、血管瓣膜和修补材料等	修补材料	本产品用于血管重建时，通过机械封闭方式辅助止血。	本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为改性聚乙二醇（PEG-SG、PEG-SH）；溶液A为酸性稀释液；溶液B为聚乙烯亚胺（PEI)的碱性缓冲溶液；配套工具包括注射器架、双母鲁尔连接配件、推板、混液喷头、注射器。本产品经辐射灭菌，	通过			第12批

10005	C12070111800000037280000005	可吸收血管封合医用胶	（血管）5mL	5mL	国械注准20193020081	丙类	118-修补材料类	否			是	330802	心脏血管手术		各种人工、同种异体血管、血管瓣膜和修补材料等	修补材料	本产品用于血管重建时，通过机械封闭方式辅助止血。	本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为改性聚乙二醇（PEG-SG、PEG-SH）；溶液A为酸性稀释液；溶液B为聚乙烯亚胺（PEI)的碱性缓冲溶液；配套工具包括注射器架、双母鲁尔连接配件、推板、混液喷头、注射器。本产品经辐射灭菌，	通过			第12批

10006	C12070111800000037280000007	可吸收血管封合医用胶	（血管）6mL	6mL	国械注准20193020081	丙类	118-修补材料类	否			是	330802	心脏血管手术		各种人工、同种异体血管、血管瓣膜和修补材料等	修补材料	本产品用于血管重建时，通过机械封闭方式辅助止血。	本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为改性聚乙二醇（PEG-SG、PEG-SH）；溶液A为酸性稀释液；溶液B为聚乙烯亚胺（PEI)的碱性缓冲溶液；配套工具包括注射器架、双母鲁尔连接配件、推板、混液喷头、注射器。本产品经辐射灭菌，	通过			第12批

10007	C12070111800000037280000008	可吸收血管封合医用胶	（血管）1.6mL	1.6mL	国械注准20193020081	丙类	118-修补材料类	否			是	330802	心脏血管手术		各种人工、同种异体血管、血管瓣膜和修补材料等	修补材料	本产品用于血管重建时，通过机械封闭方式辅助止血。	本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为改性聚乙二醇（PEG-SG、PEG-SH）；溶液A为酸性稀释液；溶液B为聚乙烯亚胺（PEI)的碱性缓冲溶液；配套工具包括注射器架、双母鲁尔连接配件、推板、混液喷头、注射器。本产品经辐射灭菌，	通过			第12批

10008	C04010511800000037280000003	可吸收硬脑膜封合医用胶	（硬脑膜）6mL	6mL	国械注准20183020031	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。	本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为分子量为20000左右的四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯（4-arm-PEG-SG）、染色剂亮蓝85和抗氧化剂二丁基羟基甲苯（BHT）；溶液A为酸性磷酸盐缓冲溶液；溶液B为含三赖氨酸（Tri-lys)和聚乙烯亚胺	通过			第12批

10009	C04010511800000037280000007	可吸收硬脑膜封合医用胶	（硬脑膜）1.6mL	1.6mL	国械注准20183020031	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。	本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为分子量为20000左右的四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯（4-arm-PEG-SG）、染色剂亮蓝85和抗氧化剂二丁基羟基甲苯（BHT）；溶液A为酸性磷酸盐缓冲溶液；溶液B为含三赖氨酸（Tri-lys)和聚乙烯亚胺	通过			第12批

10010	C04010511800000037280000008	可吸收硬脑膜封合医用胶	（硬脑膜）2.6mL	2.6mL	国械注准20183020031	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。	本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为分子量为20000左右的四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯（4-arm-PEG-SG）、染色剂亮蓝85和抗氧化剂二丁基羟基甲苯（BHT）；溶液A为酸性磷酸盐缓冲溶液；溶液B为含三赖氨酸（Tri-lys)和聚乙烯亚胺	通过			第12批

10011	C04010511800000037280000009	可吸收硬脑膜封合医用胶	（硬脑膜）3.6mL	3.6mL	国械注准20183020031	甲类	118-修补材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。	本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为分子量为20000左右的四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯（4-arm-PEG-SG）、染色剂亮蓝85和抗氧化剂二丁基羟基甲苯（BHT）；溶液A为酸性磷酸盐缓冲溶液；溶液B为含三赖氨酸（Tri-lys)和聚乙烯亚胺	通过			第12批

10012	C14080518600000073370000023	硬脑膜医用胶	2.0mL	DS-02011300	国械注准20233020181	丙类	186-凝固材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。	本产品由粉剂、溶液和配套工具组成。其中粉剂由可降解四臂聚乙二醇琥珀酰亚胺戊二酸酯（4-arm-PEG-SG）和亮蓝色素（FD&C Blue No.1）构成；溶液包括可降解ε-聚赖氨酸盐酸盐溶液和聚乙烯亚胺溶液以及灭菌注射用水。配套工具包括：西林瓶、胶塞、蓝色瓶盖、白色瓶盖、穿刺器、	通过			第12批

10013	C14080518600000073370000038	硬脑膜医用胶	4.0mL	DS-04021010	国械注准20233020181	丙类	186-凝固材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。	本产品由粉剂、溶液和配套工具组成。其中粉剂由可降解四臂聚乙二醇琥珀酰亚胺戊二酸酯（4-arm-PEG-SG）和亮蓝色素（FD&C Blue No.1）构成；溶液包括可降解ε-聚赖氨酸盐酸盐溶液和聚乙烯亚胺溶液以及灭菌注射用水。配套工具包括：西林瓶、胶塞、蓝色瓶盖、白色瓶盖、穿刺器、	通过			第12批

10014	C14080518600000073370000039	硬脑膜医用胶	1.0mL	DS-01011000	国械注准20233020181	丙类	186-凝固材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于开颅手术中， 硬脑膜缝合部位的辅助封合， 防止脑脊液渗漏。	本产品由粉剂、溶液和配套工具组成。其中粉剂由可降解四臂聚乙二醇琥珀酰亚胺戊二酸酯（ 4-arm-PEG-SG）和亮蓝色素（ FD&C Blue No.1） 构成； 溶液包括可降解ε-聚赖氨酸盐酸盐溶液和聚乙烯亚胺溶液以及灭菌注射用水。配套工具包括： 西林瓶、胶塞、蓝色瓶盖、白色瓶盖、穿刺器、	通过			第12批

10015	C14080518600000073370000062	硬脑膜医用胶	1.6mL	DS-01611300	国械注准20233020181	丙类	186-凝固材料类	否			是	330201009	颅骨修补术	包括假体植入	修补材料	修补材料	适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。	本产品由粉剂、溶液和配套工具组成。其中粉剂由可降解四臂聚乙二醇琥珀酰亚胺戊二酸酯（4-arm-PEG-SG）和亮蓝色素（FD&C Blue No.1）构成；溶液包括可降解ε-聚赖氨酸盐酸盐溶液和聚乙烯亚胺溶液以及灭菌注射用水。配套工具包括：西林瓶、胶塞、蓝色瓶盖、白色瓶盖、穿刺器、	通过			第12批
10016	C01032704200004230290000004	尿失禁悬吊带	FS02-11、吊带网片：420mm*13mm	FS02-11、吊带网片：420mm*13mm	国械注准20243180633	丙类	042-吊带类	否			是	331104022	尿道悬吊延长术		特殊穿刺针、悬吊器	悬吊器	该产品适用于女性的尿道过度移位和/或括约肌功能障碍而造成的压力性尿失禁的尿道中段悬吊手术。	尿失禁悬吊带由导引组件和吊带网片构成。其中，导引组件由聚乙烯护套、绿色聚酯牵拉线和蓝色聚乙烯热缩管三部分组成，吊带网片是由聚丙烯纤维编织而成的植入物。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第12批

10017	C01032704200004230290000013	尿失禁悬吊带	FS01-11、吊带网片：420mm*13mm	FS01-11、吊带网片：420mm*13mm	国械注准20243180633	丙类	042-吊带类	否			是	331104022	尿道悬吊延长术		特殊穿刺针、悬吊器	悬吊器	该产品适用于女性的尿道过度移位和/或括约肌功能障碍而造成的压力性尿失禁的尿道中段悬吊手术。	尿失禁悬吊带由导引组件和吊带网片构成。其中，导引组件由聚乙烯护套、绿色聚酯牵拉线和蓝色聚乙烯热缩管三部分组成，吊带网片是由聚丙烯纤维编织而成的植入物。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第12批
10018	C01032704200004230290000023	尿失禁悬吊带	FS03-11、吊带网片：420mm*13mm	FS03-11、吊带网片：420mm*13mm	国械注准20243180633	丙类	042-吊带类	否			是	331104022	尿道悬吊延长术		特殊穿刺针、悬吊器	悬吊器	该产品适用于女性的尿道过度移位和/或括约肌功能障碍而造成的压力性尿失禁的尿道中段悬吊手术。	尿失禁悬吊带由导引组件和吊带网片构成。其中，导引组件由聚乙烯护套、绿色聚酯牵拉线和蓝色聚乙烯热缩管三部分组成，吊带网片是由聚丙烯纤维编织而成的植入物。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效	通过			第12批

10019	C14080802200004083320000017	一次性使用头皮止血装置及组件	SII D13	HZ II Sal Dal	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10020	C14080802200004083320000024	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D14	HZ Sb	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10021	C14080802200004083320000038	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D12	HZ Sb	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10022	C14080802200004083320000042	一次性使用头皮止血装置及组件	SII D16	HZ Sb	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10023	C14080802200004083320000045	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D12	HZ Sa	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10024	C14080802200004083320000081	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D14	HZ II Sa1 Da2	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10025	C14080802200004083320000089	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D13	HZ II Sa1 Da2	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10026	C14080802200004083320000095	一次性使用头皮止血装置及组件	D12	HZ Da	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10027	C1408080220000408332000010 6	一次性使用头皮止血装置及组件	SII D13	HZ II Sa1 Da2	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10028	C14080802200004083320000110	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D13	HZ Sb	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10029	C14080802200004083320000112	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D14	HZ Sa	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10030	C14080802200004083320000116	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D15	HZ II Sa1 Da2	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10031	C14080802200004083320000117	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D16	HZ Sb	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10032	C14080802200004083320000147	一次性使用头皮止血装置及组件	SI D14	HZ II Sa1 Db1	京械注准20252030037	丙类	022-止血夹类	否			是	330203004	颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术	含直径大于4cm动静脉畸形；包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形	栓塞剂、微型血管或血管阻断夹	血管阻断夹	用于夹持切口头皮以止血及固定。	一次性使用头皮止血装置及组件由施夹器(选配)、弹匣(选配)和夹子组成。为一次性使用无菌医疗器械，灭菌方式采用环氧乙烷灭菌，有效期为三年；夹子采用POM材质；弹匣采用PC和尼龙材质；施夹器采用铝合金、ABS或PC材质；其中ABS符合GB/T 12672-2009标准，POM符合GB/T	通过			第12批

10033	C10070116903000112800000004	一次性使用血液灌流器	KCM-100	KCM-100	国械注准20223101521	甲类	169-灌流（吸附）器类	否			是	311000010	血液灌流		血液灌流器、血管回路	血液灌流器	本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以β2-MG为代表的中大分子毒素物质。	本产品由吸附剂、填充液、柱体、过滤片(支撑膜和过滤膜)、密封圈、端盖、接头和堵头组成。吸附剂为苯乙烯-二乙烯苯大孔树脂；填充液为注射用水；柱体、支撑膜、端盖、接头和堵头材质为聚丙烯；过滤膜材质为尼龙；密封圈材质为硅橡胶。采用高压蒸汽灭菌方式，	通过		限每月报1只	第12批

10034	C10070116903000112800000005	一次性使用血液灌流器	KCM-130	KCM-130	国械注准20223101521	甲类	169-灌流（吸附）器类	否			是	311000010	血液灌流		血液灌流器、血管回路	血液灌流器	本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以β2-MG为代表的中大分子毒素物质。	本产品由吸附剂、填充液、柱体、过滤片(支撑膜和过滤膜)、密封圈、端盖、接头和堵头组成。吸附剂为苯乙烯-二乙烯苯大孔树脂；填充液为注射用水；柱体、支撑膜、端盖、接头和堵头材质为聚丙烯；过滤膜材质为尼龙；密封圈材质为硅橡胶。采用高压蒸汽灭菌方式，	通过		限每月报1只	第12批

10035	C10070116903000112800000006	一次性使用血液灌流器	KCM-280	KCM-280	国械注准20223101521	甲类	169-灌流（吸附）器类	否			是	311000010	血液灌流		血液灌流器、血管回路	血液灌流器	本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以β2-MG为代表的中大分子毒素物质。	本产品由吸附剂、填充液、柱体、过滤片(支撑膜和过滤膜)、密封圈、端盖、接头和堵头组成。吸附剂为苯乙烯-二乙烯苯大孔树脂；填充液为注射用水；柱体、支撑膜、端盖、接头和堵头材质为聚丙烯；过滤膜材质为尼龙；密封圈材质为硅橡胶。采用高压蒸汽灭菌方式，	通过		限每月报1只	第12批

10036	C14100118900004215450000001	一次性使用麻醉穿刺包	II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）	II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10037	C14100118900004215450000002	一次性使用麻醉穿刺包	I型 AS-E/SⅡ(硬膜外和腰椎联合麻醉套件)	I型 AS-E/SⅡ(硬膜外和腰椎联合麻醉套件)	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10038	C14100118900004215450000005	一次性使用麻醉穿刺包	V型 AS-E/SⅡ(硬膜外和腰椎联合麻醉套件)	V型 AS-E/SⅡ(硬膜外和腰椎联合麻醉套件)	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10039	C14100118900004215450000006	一次性使用麻醉穿刺包	VI型 AS-E/SⅡ(硬膜外和腰椎联合麻醉套件)	VI型 AS-E/SⅡ(硬膜外和腰椎联合麻醉套件)	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10040	C14100118900004215450000007	一次性使用麻醉穿刺包	AS-S(腰椎麻醉套件)	AS-S(腰椎麻醉套件)	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10041	C14100118900004215450000009	一次性使用麻醉穿刺包	III型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）	III型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10042	C14100118900004215450000010	一次性使用麻醉穿刺包	IV型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）	IV型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10043	C14100118900002038260000007	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E/SII	II型	国械注准20163080346	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	本产品适用于需要进行做硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉术的患者使用。	硬膜外麻醉包基本配置硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头。选用配置空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、固定片、胶条、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、脱脂纱布、创可贴、治疗巾、医	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10044	C14100118900002038260000013	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E/SII	IV型	国械注准20163080346	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	本产品适用于需要进行做硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉术的患者使用。	硬膜外麻醉包基本配置硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头。选用配置空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、固定片、胶条、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、脱脂纱布、创可贴、治疗巾、医	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10045	C14100118900002038260000016	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E/SII	III型	国械注准20163080346	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	本产品适用于需要进行做硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉术的患者使用。	硬膜外麻醉包基本配置硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头。选用配置空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、固定片、胶条、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、脱脂纱布、创可贴、治疗巾、医	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10046	C14100118900002017540000001	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E	AS-E	国械注准20173084575	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	本产品适用于医疗单位做硬脊膜外腔神经阻滞、蛛网膜下腔阻滞麻醉术时进行穿刺、注射药物用。	一次性使用麻醉穿刺包基本配置由：硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针Ⅰ型、腰椎穿刺针Ⅱ型、药液过滤器（2.0μm）、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头组成。选配器械由空气过滤器（0.5μm）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、全玻璃注射器、负压管、消毒液刷、一次性使	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10047	C14100118900002017540000002	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E/S	AS-E/S	国械注准20173084575	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	腰麻硬膜外联合套件	本产品适用于医疗单位做硬脊膜外腔神经阻滞、蛛网膜下腔阻滞麻醉术时进行穿刺、注射药物用。	一次性使用麻醉穿刺包基本配置由：硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针Ⅰ型、腰椎穿刺针Ⅱ型、药液过滤器（2.0μm）、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头组成。选配器械由空气过滤器（0.5μm）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、全玻璃注射器、负压管、消毒液刷、一次性使	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10048	C17040122000001219160000005	医用退热贴	方形	100×150（mm）	滇曲械备20230001	丙类	220-冷敷退热类	否			是	121300001	冷热湿敷		药物	药物	用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。	本品由背衬层(非织造布)、凝胶层及聚乙烯薄膜覆盖层组成，降温物质凝胶层成分为纯化水、甘油、聚丙烯酸钠、甘羟铝、酒石酸、乙二胺四乙酸二钠、丙二醇、聚乙烯醇组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非	不通过	该产品不属于药物，而是医疗器械类。		第12批
10049	C14240103400002055520000008	一次性使用胃管	28F	DRW-X	陕械注准20192140025	甲类	034-插管类	否			是	121000001	洗胃	含插胃管及冲洗	药物和一次性胃管	药物和一次性胃管	该产品适用于洗胃。	该产品由医用高分子制成。主要由接头、导管等组成。洗胃管产品应无菌、一次性	通过			第12批

10050	C14020226600013033130000001	鼻氧管	L	普通单孔	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10051	C14020226600013033130000002	鼻氧管	S	普通单孔	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10052	C14020226600013033130000003	鼻氧管	M	普通单孔	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10053	C14020226600013033130000004	鼻氧管	L	普通双孔	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10054	C14020226600013033130000005	鼻氧管	M	普通双孔	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10055	C14020226600013033130000006	鼻氧管	L	高流量型	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10056	C14020226600013033130000007	鼻氧管	S	普通双孔	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10057	C14020226600013033130000008	鼻氧管	M	高流量型	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10058	C14020226600013033130000009	鼻氧管	S	高流量型	闽厦械备20210352号	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	普通单孔型由氧气管接头、氧气管、单腔鼻部接头组成。普通双孔型由氧气管接头、氧气管、鼻部接头、双腔接头、调节环、导气管组成。高流量型由氧气管接头、氧气软管、调节环、鼻部接头、鼻部接头支架、固定卡扣、固定头带组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无	通过			第12批

10059	C14020226600013023730000012	鼻氧管	NC2-S、NC2-M、NC2-L	NC2-S、NC2-M、NC2-L	湘长械备20200533号	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	NC1-S、NC1-M、NC1-L、NC6-S、NC6-M、NC6-L:氧气软管、调节环、鼻塞、松紧带、衣领扣组成、NC2-S、NC2-M、NC2-L:产品由进氧接口、钢丝软管、调节环胶组成；NC5-S、NC5-M、NC5-L:产品由进氧接口周节环、鼻塞、松紧带、衣领扣、贴脸硅胶组成系统连接，供患者吸入氧气使	通过			第12批

10060	C14020226600013023730000013	鼻氧管	NC6-S、NC6-M、NC6-L	NC6-S、NC6-M、NC6-L	湘长械备20200533号	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	NC1-S、NC1-M、NC1-L、NC6-S、NC6-M、NC6-L:氧气软管、调节环、鼻塞、松紧带、衣领扣组成、NC2-S、NC2-M、NC2-L:产品由进氧接口、钢丝软管、调节环胶组成；NC5-S、NC5-M、NC5-L:产品由进氧接口周节环、鼻塞、松紧带、衣领扣、贴脸硅胶组成系统连接，供患者吸入氧气使	通过			第12批

10061	C14020226600013023730000014	鼻氧管	NC5-S、NC5-M、NC5-L	NC5-S、NC5-M、NC5-L	湘长械备20200533号	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	NC1-S、NC1-M、NC1-L、NC6-S、NC6-M、NC6-L:氧气软管、调节环、鼻塞、松紧带、衣领扣组成、NC2-S、NC2-M、NC2-L:产品由进氧接口、钢丝软管、调节环胶组成；NC5-S、NC5-M、NC5-L:产品由进氧接口周节环、鼻塞、松紧带、衣领扣、贴脸硅胶组成系统连接，供患者吸入氧气使	通过			第12批

10062	C14020226600013055390000001	鼻氧管	HF1601	HF1601	粤深械备20240241	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	1)鼻氧管(HF131S、HF131M、HF131L):由接头、管路、鼻塞、松紧扣和面部固定件组成。2)鼻氧管(HF132S、HF132M、HF132L):由鼻塞、头带、管路、头带固定环、固定夹和接头组成。3)鼻氧管(HF1601)由管路、接头和挂绳组成，需要配合气切管使用。4)鼻氧管(HF1602):由管路、	通过			第12批

10063	C14020226600013055390000002	鼻氧管	HF1602	HF1602	粤深械备20240241	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	1)鼻氧管(HF131S、HF131M、HF131L):由接头、管路、鼻塞、松紧扣和面部固定件组成。2)鼻氧管(HF132S、HF132M、HF132L):由鼻塞、头带、管路、头带固定环、固定夹和接头组成。3)鼻氧管(HF1601)由管路、接头和挂绳组成，需要配合气切管使用。4)鼻氧管(HF1602):由管路、	通过			第12批

10064	C14020226600013055390000003	鼻氧管	HF131S	HF131S	粤深械备20240241	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	1)鼻氧管(HF131S、HF131M、HF131L):由接头、管路、鼻塞、松紧扣和面部固定件组成。2)鼻氧管(HF132S、HF132M、HF132L):由鼻塞、头带、管路、头带固定环、固定夹和接头组成。3)鼻氧管(HF1601)由管路、接头和挂绳组成，需要配合气切管使用。4)鼻氧管(HF1602):由管路、	通过			第12批

10065	C14020226600013055390000004	鼻氧管	HF131M	HF131M	粤深械备20240241	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	1)鼻氧管(HF131S、HF131M、HF131L):由接头、管路、鼻塞、松紧扣和面部固定件组成。2)鼻氧管(HF132S、HF132M、HF132L):由鼻塞、头带、管路、头带固定环、固定夹和接头组成。3)鼻氧管(HF1601)由管路、接头和挂绳组成，需要配合气切管使用。4)鼻氧管(HF1602):由管路、	通过			第12批

10066	C14020226600013055390000005	鼻氧管	大号(L)	HF131L	粤深械备20240241	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	1)鼻氧管(HF131S、HF131M、HF131L):由接头、管路、鼻塞、松紧扣和面部固定件组成。2)鼻氧管(HF132S、HF132M、HF132L):由鼻塞、头带、管路、头带固定环、固定夹和接头组成。3)鼻氧管(HF1601)由管路、接头和挂绳组成，需要配合气切管使用。4)鼻氧管(HF1602):由管路、	通过			第12批

10067	C14020226600013055390000006	鼻氧管	小号(S)	HF132S	粤深械备20240241	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	1)鼻氧管(HF131S、HF131M、HF131L):由接头、管路、鼻塞、松紧扣和面部固定件组成。2)鼻氧管(HF132S、HF132M、HF132L):由鼻塞、头带、管路、头带固定环、固定夹和接头组成。3)鼻氧管(HF1601)由管路、接头和挂绳组成，需要配合气切管使用。4)鼻氧管(HF1602):由管路、	通过			第12批

10068	C14020226600013055390000007	鼻氧管	中号(M)	HF132M	粤深械备20240241	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	1)鼻氧管(HF131S、HF131M、HF131L):由接头、管路、鼻塞、松紧扣和面部固定件组成。2)鼻氧管(HF132S、HF132M、HF132L):由鼻塞、头带、管路、头带固定环、固定夹和接头组成。3)鼻氧管(HF1601)由管路、接头和挂绳组成，需要配合气切管使用。4)鼻氧管(HF1602):由管路、	通过			第12批

10069	C14020226600013055390000008	鼻氧管	大号(L)	HF132L	粤深械备20240241	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。	1)鼻氧管(HF131S、HF131M、HF131L):由接头、管路、鼻塞、松紧扣和面部固定件组成。2)鼻氧管(HF132S、HF132M、HF132L):由鼻塞、头带、管路、头带固定环、固定夹和接头组成。3)鼻氧管(HF1601)由管路、接头和挂绳组成，需要配合气切管使用。4)鼻氧管(HF1602):由管路、	通过			第12批
10070	C14020226600013023730000008	呼吸管路	HP1	HP1	湘械注准20242080133	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	呼吸管路用于无创呼吸机与口鼻面罩、鼻面罩、鼻枕和鼻氧管之间的气道连接,为患者建立气体通道。加温型呼吸管路具有加热功能，减少冷凝水的	产品由螺纹管路、管路接头组成。	通过			第12批

10071	C14020226600013023730000009	呼吸管路	BP1	BP1	湘械注准20242080133	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	呼吸管路用于无创呼吸机与口鼻面罩、鼻面罩、鼻枕和鼻氧管之间的气道连接,为患者建立气体通道。加温型呼吸管路具有加热功能，减少冷凝水的	产品由螺纹管路、管路接头组成。	通过			第12批
10072	C14020226600013023730000002	加温呼吸管路套装	HT1	HT1	湘械注准20202081291	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	用于输送经过湿化的呼吸气体，适合与IHF系列高流量呼吸湿化治疗仪配套使用	由螺纹加热管路、弯管接头和自动加湿水盒组成。	通过			第12批
10073	C14020226600013023730000003	加温呼吸管路套装	HT2	HT2	湘械注准20202081291	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	用于输送经过湿化的呼吸气体，适合与HF系列高流量呼吸湿化治疗仪配套使用	由螺纹加热管路、弯管接头和自动加湿水盒组成。	通过			第12批
10074	C14020226600013023730000010	加温呼吸管路套装	HT3	HT3	湘械注准20202081291	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	用于输送经过湿化的呼吸气体，适合与HF系列高流量呼吸湿化治疗仪配套使用	HT1 和HT3由螺纹加热管路、弯管接头组成，HT2和 HT4 由螺纹加热管路、弯管接头和自动加湿水盒组成，HC1由自动加湿水盒组成	通过			第12批

10075	C14020226600013023730000011	加温呼吸管路套装	HT4	HT4	湘械注准20202081291	甲类	266-吸氧管类	否			是	120300001	氧气吸入	含氧气	一次性鼻导管、鼻塞、面罩等	一次性鼻导管	用于输送经过湿化的呼吸气体，适合与HF系列高流量呼吸湿化治疗仪配套使用	HT1 和HT3由螺纹加热管路、弯管接头组成，HT2和 HT4 由螺纹加热管路、弯管接头和自动加湿水盒组成，HC1由自动加湿水盒组成	通过			第12批
10076	C14020226600013001510000004	一次性使用湿化鼻氧管	150ml	儿童型	渝械注准20232080431	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	与输氧系统连接湿化后供人体吸入氧气用。	本品由一次性使用鼻氧管（以下简称鼻氧管）和湿化装置组成；鼻氧管由气源连接头、延长管、三通、分流管、固定圈、鼻塞（管）组成；湿化装置由湿化瓶和湿化液组成；湿化瓶由瓶盖、瓶体、插管、滤芯组成；湿化液为纯化水。一次性使用鼻氧管采用环氧乙烷灭菌，湿化装置采用	不通过	与除外耗材不一致，组成中含湿化瓶。		第12批

10077	C1402022660001300151000007	一次性使用湿化鼻氧管	成人型B200ml	成人型B200ml	渝械注准20232080431	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	与输氧系统连接湿化后供人体吸入氧气用。	本品由一次性使用鼻氧管（以下简称鼻氧管）和湿化装置组成；鼻氧管由气源连接头、延长管、三通、分流管、固定圈、鼻塞（管）组成；湿化装置由湿化瓶和湿化液组成；湿化瓶由瓶盖、瓶体、插管、滤芯组成；湿化液为纯化水。一次性使用鼻氧管采用环氧乙烷灭菌，湿化装置采用	不通过	与除外耗材不一致，组成中含湿化瓶。		第12批

10078	C14020226600013001510000008	一次性使用湿化鼻氧管	成人型B150ml	成人型B150ml	渝械注准20232080431	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	与输氧系统连接湿化后供人体吸入氧气用。	本品由一次性使用鼻氧管（以下简称鼻氧管）和湿化装置组成；鼻氧管由气源连接头、延长管、三通、分流管、固定圈、鼻塞（管）组成；湿化装置由湿化瓶和湿化液组成；湿化瓶由瓶盖、瓶体、插管、滤芯组成；湿化液为纯化水。一次性使用鼻氧管采用环氧乙烷灭菌，湿化装置采用	不通过	与除外耗材不一致，组成中含湿化瓶。		第12批

10079	C14020226600013001510000009	一次性使用湿化鼻氧管	儿童型 B200ml	儿童型 B200ml	渝械注准20232080431	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	与输氧系统连接湿化后供人体吸入氧气用。	本品由一次性使用鼻氧管（以下简称鼻氧管）和湿化装置组成；鼻氧管由气源连接头、延长管、三通、分流管、固定圈、鼻塞（管）组成；湿化装置由湿化瓶和湿化液组成；湿化瓶由瓶盖、瓶体、插管、滤芯组成；湿化液为纯化水。一次性使用鼻氧管采用环氧乙烷灭菌，湿化装置采用	不通过	与除外耗材不一致，组成中含湿化瓶。		第12批

10080	C14020226600013001510000010	一次性使用湿化鼻氧管	儿童型B150ml	儿童型B150ml	渝械注准20232080431	甲类	266-吸氧管类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	一次性鼻导管	与输氧系统连接湿化后供人体吸入氧气用。	本品由一次性使用鼻氧管（以下简称鼻氧管）和湿化装置组成；鼻氧管由气源连接头、延长管、三通、分流管、固定圈、鼻塞（管）组成；湿化装置由湿化瓶和湿化液组成；湿化瓶由瓶盖、瓶体、插管、滤芯组成；湿化液为纯化水。一次性使用鼻氧管采用环氧乙烷灭菌，湿化装置采用	不通过	与除外耗材不一致，组成中含湿化瓶。		第12批

10081	C01023903300003049370000066	一次性使用高频切开刀	MK-T-4-165	MK-T-4-165	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批
10082	C01023903300003049370000068	一次性使用高频切开刀	MK-T-1-165	MK-T-1-165	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批

10083	C01023903300003049370000071	一次性使用高频切开刀	MK-O-4-195	MK-O-4-195	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批
10084	C01023903300003049370000073	一次性使用高频切开刀	MK-T-2-165	MK-T-2-165	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批

10085	C01023903300003049370000081	一次性使用高频切开刀	MK-O-4-235	MK-O-4-235	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批
10086	C01023903300003049370000084	一次性使用高频切开刀	MK-T-4-235	MK-T-4-235	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批

10087	C01023903300003049370000085	一次性使用高频切开刀	MK-O-1-235	MK-O-1-235	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批
10088	C01023903300004049370000058	一次性使用高频切开刀	MK-O-4-235-N	MK-O-4-235-N	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒铺巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批

10089	C01023903300004049370000075	一次性使用高频切开刀	MK-T-4-235-N	MK-T-4-235-N	国械注准20183010259	丙类	033-切开刀类	否			是	331002021	经电子内镜消化道黏膜切除术(EMR)	消毒辅巾，麻醉，经消化道插入电子内镜，常规检查消化系统病变部位，寻查肿物，于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分，进行高频电凝电切或剥离切除，图文报告。不含监护、病理学检查。	一次性高频切开刀	一次性高频切开刀	该产品在医疗机构中与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗和向已切开的消化道黏膜下层注射生理盐水，用于维持病灶黏膜与下层组织的分离状态。	一次性使用高频切开刀由刀头、外管总成和手柄组件组成，刀头采06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成，按出刀长度、有效工作长度及刀头形状不同分为72种规格，产品经环氧乙烷灭菌，应无	通过			第12批
10090	C14250900000001225480000002	通气管路及附件	1216-10	软帽（medium）	国械注进20162084508	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	该产品为用于重症监护病房的新生儿及早产儿，进行经鼻持续气道正压通气/非侵入性呼吸治疗所使用的一次性使用产	本产品由Miniflow通气管或Medijet通气管、软帽、鼻罩或鼻管组成。	通过			第12批
10091	C14250900000001225480000011	通气管路及附件	1200-01	鼻管（micro）	国械注进20162084508	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	该产品为用于重症监护病房的新生儿及早产儿，进行经鼻持续气道正压通气/非侵入性呼吸治疗所使用的一次性使用产	本产品由Miniflow通气管或Medijet通气管、软帽、鼻罩或鼻管组成。	通过			第12批

10092	C1425090000000122548000012	通气管路及附件	1200-21	鼻管（small）	国械注进20162084508	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	该产品为用于重症监护病房的新生儿及早产儿，进行经鼻持续气道正压通气/非侵入性呼吸治疗所使用的一次性使用产	本产品由Miniflow通气管或Medijet通气管、软帽、鼻罩或鼻管组成。	通过			第12批
10093	C1425090000000122548000013	通气管路及附件	1200-02	鼻管（medium）	国械注进20162084508	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	该产品为用于重症监护病房的新生儿及早产儿，进行经鼻持续气道正压通气/非侵入性呼吸治疗所使用的一次性使用产	本产品由Miniflow通气管或Medijet通气管、软帽、鼻罩或鼻管组成。	通过			第12批
10094	C1425090000000122548000019	通气管路及附件	1214-10	软帽（x small）	国械注进20162084508	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	该产品为用于重症监护病房的新生儿及早产儿，进行经鼻持续气道正压通气/非侵入性呼吸治疗所使用的一次性使用产	本产品由Miniflow通气管或Medijet通气管、软帽、鼻罩或鼻管组成。	通过			第12批
10095	C1425090000000122548000020	通气管路及附件	1215-10	软帽（small）	国械注进20162084508	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	该产品为用于重症监护病房的新生儿及早产儿，进行经鼻持续气道正压通气/非侵入性呼吸治疗所使用的一次性使用产	本产品由Miniflow通气管或Medijet通气管、软帽、鼻罩或鼻管组成。	通过			第12批

10096	C1402020000000005539000078	一次性加热呼吸管路套装	HF1903(一次性加热呼吸管路套装)	HF1903	粤械注准20242080489	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	用于与迈瑞（Mindray）高流量无创呼吸湿化治疗仪配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	一次性加热呼吸管路套装（HF1901）由加热呼吸管路（HF1201），湿化罐（HF1101、HF1103），湿化罐转接头（HF1501）组成，湿化罐和湿化罐转接头可选配。 一次性加热呼吸管路套装（HF1902）由加热呼吸管路（HF1201），湿化罐（HF1101、HF1104）	通过			第12批

10097	C1402020000000005539000008 2	一次性加热呼吸管路套装	HF1501(湿化罐转接头)	HF1501	粤械注准20242080489	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	用于与迈瑞（Mindray）高流量无创呼吸湿化治疗仪配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	一次性加热呼吸管路套装（HF1901）由加热呼吸管路（HF1201），湿化罐（HF1101、HF1103），湿化罐转接头（HF1501）组成，湿化罐和湿化罐转接头可选配。 一次性加热呼吸管路套装（HF1902）由加热呼吸管路（HF1201），湿化罐（HF1101、HF1104）	通过			第12批

10098	C1402020000000005539000008 3	一次性加热呼吸管路套装	HF1901(一次性加热呼吸管路套装)	HF1901	粤械注准20242080489	丙类	000--	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	用于与迈瑞（Mindray）高流量无创呼吸湿化治疗仪配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。	一次性加热呼吸管路套装（HF1901）由加热呼吸管路（HF1201），湿化罐（HF1101、HF1103），湿化罐转接头（HF1501）组成，湿化罐和湿化罐转接头可选配。 一次性加热呼吸管路套装（HF1902）由加热呼吸管路（HF1201），湿化罐（HF1101、HF1104）	通过			第12批

10099	C14250621000000121640046289	一次性使用呼吸过滤器包	麻醉机用管路伸缩管1.2米(选配过滤器)	麻醉管路型	浙械注准20192080687	丙类	210-气管插管附件类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	产品用于医疗机构在患者全身麻醉、术后恢复和重症监护时，作为麻醉机或呼吸机的气体净化和气管插管的连接辅助器械时一次性使用。	呼吸管路型由基本配置组件和选用配置组件氧气雾化器组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路；麻醉管路型由基本配置组件和选用配置组件组成，基本配置组件包括呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路，选用配置组件包括麻	通过			第12批

10100	C14020226600013059770000602	一次性使用加热呼吸回路及附件-高流量加热管路	高流量加热型（加热管路）	高流量加热型	豫械注准20222080436	甲类	266-吸氧管类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	用于呼吸机、麻醉机与呼吸、麻醉、急救设备辅助器械之间的气路连接，同时加热呼吸管路内气体，防止冷凝水的产生。	加热呼吸回路由基本配置和选配配置组成。其中双管路加热管路由Y形接头（吸入端）、盖帽（蓝、白）、电源接头端、机器端接头（呼出端）、管路、加热丝、加热丝固定架、五通、护帽、转换接头组成；单管路加热管路由机器端接头（呼出端）、电源接头端、盖帽（蓝、白）、Y形	通过			第12批

10101	C14020226600013059770000603	一次性使用加热呼吸回路及附件-高流量加热管路	高流量加热F型（湿化罐Ⅰ型）	高流量加热F型	豫械注准20222080436	甲类	266-吸氧管类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	用于呼吸机、麻醉机与呼吸、麻醉、急救设备辅助器械之间的气路连接，同时加热呼吸管路内气体，防止冷凝水的产生。	加热呼吸回路由基本配置和选配配置组成。其中双管路加热管路由Y形接头（吸入端）、盖帽（蓝、白）、电源接头端、机器端接头（呼出端）、管路、加热丝、加热丝固定架、五通、护帽、转换接头组成；单管路加热管路由机器端接头（呼出端）、电源接头端、盖帽（蓝、白）、Y形	通过			第12批

10102	C14020226600013059770000604	一次性使用加热呼吸回路及附件-高流量加热管路	高流量加热M型（吸氧管Ⅰ型）	高流量加热M型	豫械注准20222080436	甲类	266-吸氧管类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	用于呼吸机、麻醉机与呼吸、麻醉、急救设备辅助器械之间的气路连接，同时加热呼吸管路内气体，防止冷凝水的产生。	加热呼吸回路由基本配置和选配配置组成。其中双管路加热管路由Y形接头（吸入端）、盖帽（蓝、白）、电源接头端、机器端接头（呼出端）、管路、加热丝、加热丝固定架、五通、护帽、转换接头组成；单管路加热管路由机器端接头（呼出端）、电源接头端、盖帽（蓝、白）、Y形	通过			第12批

10103	C14020226600013059770000605	一次性使用加热呼吸回路及附件-高流量加热管路	高流量加热N型（吸氧管Ⅰ型）	高流量加热N型	豫械注准20222080436	甲类	266-吸氧管类	否			是	310603	辅助呼吸		空气过滤器、呼吸机通气面罩，一次性管路	一次性管路	用于呼吸机、麻醉机与呼吸、麻醉、急救设备辅助器械之间的气路连接，同时加热呼吸管路内气体，防止冷凝水的产生。	加热呼吸回路由基本配置和选配配置组成。其中双管路加热管路由Y形接头（吸入端）、盖帽（蓝、白）、电源接头端、机器端接头（呼出端）、管路、加热丝、加热丝固定架、五通、护帽、转换接头组成；单管路加热管路由机器端接头（呼出端）、电源接头端、盖帽（蓝、白）、Y形	通过			第12批
10104	C01031301600019054710000013	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-550	国械注准20163011450	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	适用于良性前列腺增生的治疗。	该产品由主机(包括铥激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和导光系统(光纤型号:Raykeen-550、Raykeen-800，规格:300)组成。不包括防护镜，光纤为一次性使用，使用前由用	通过			第12批

10105	C01031301600019054710000014	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-800	国械注准20163011450	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	适用于良性前列腺增生的治疗。	该产品由主机(包括铥激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和导光系统(光纤型号:Raykeen-550、Raykeen-800，规格:300)组成。不包括防护镜，光纤为一次性使用，使用前由用	通过			第12批
10106	C01031301600019054710000015	掺铥光纤激光治疗机-光纤	200	Raykeen-550	国械注准20193010884	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	在医疗机构中使用，用于良性前列腺增生的治疗，或泌尿系肿瘤的汽化、凝固	该产品由主机(包括铥光纤激光器、电源、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤为一次性使用，型号:Raykeen-550、Raykeen-800，规格:200、	通过			第12批

10107	C01031301600019054710000017	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-550	国械注准20193010884	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	在医疗机构中使用，用于良性前列腺增生的治疗，或泌尿系肿瘤的汽化、凝固	该产品由主机(包括铥光纤激光器、电源、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤为一次性使用，型号:Raykeen-550、Raykeen-800，规格:200、	通过			第12批
10108	C01031301600019054710000019	掺铥光纤激光治疗机-光纤	200	Raykeen-800	国械注准20193010884	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	在医疗机构中使用，用于良性前列腺增生的治疗，或泌尿系肿瘤的汽化、凝固	该产品由主机(包括铥光纤激光器、电源、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤为一次性使用，型号:Raykeen-550、Raykeen-800，规格:200、	通过			第12批

10109	C01031301600019054710000020	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-800	国械注准20193010884	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	在医疗机构中使用，用于良性前列腺增生的治疗，或泌尿系肿瘤的汽化、凝固	该产品由主机(包括铥光纤激光器、电源、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤为一次性使用，型号:Raykeen-550、Raykeen-800，规格:200、	通过			第12批
10110	C01031301600019054710000016	掺铥光纤激光治疗机-光纤	Raykeen-550	Raykeen-550	国械注准20213010094	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	产品在医疗机构使用，适用于良性前列腺增生的治疗。	产品由主机、脚踏开关和治疗光纤(型号:Raykeen-550、Raykeen-800、Raykeen-550R)组成	通过			第12批
10111	C01031301600019054710000018	掺铥光纤激光治疗机-光纤	Raykeen-800	Raykeen-800	国械注准20213010094	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	产品在医疗机构使用，适用于良性前列腺增生的治疗。	产品由主机、脚踏开关和治疗光纤(型号:Raykeen-550、Raykeen-800、Raykeen-550R)组成	通过			第12批

10112	C01031301600017054710000002	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-200	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10113	C01031301600017054710000003	掺铥光纤激光治疗机-光纤	200	Raykeen-200	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10114	C01031301600018054710000003	掺铥光纤激光治疗机-光纤	200	Raykeen-272	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10115	C01031301600018054710000004	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-272	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10116	C01031301600018054710000005	掺铥光纤激光治疗机-光纤	200	Raykeen-365	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10117	C01031301600018054710000006	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-365	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10118	C01031301600018054710000007	掺铥光纤激光治疗机-光纤	450	Raykeen-365	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10119	C01031301600019054710000004	掺铥光纤激光治疗机-光纤	200	Raykeen-550	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10120	C01031301600019054710000005	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-550	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10121	C01031301600019054710000006	掺钕光纤激光治疗机-光纤	450	Raykeen-550	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括钕光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10122	C01031301600019054710000007	掺铥光纤激光治疗机-光纤	200	Raykeen-800	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10123	C01031301600019054710000008	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-800	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10124	C01031301600019054710000009	掺铥光纤激光治疗机-光纤	450	Raykeen-800	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10125	C01031301600019054710000010	掺铥光纤激光治疗机-光纤	200	Raykeen-1000	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10126	C01031301600019054710000011	掺铥光纤激光治疗机-光纤	300	Raykeen-1000	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批

10127	C01031301600019054710000012	掺铥光纤激光治疗机-光纤	450	Raykeen-1000	国械注准20233010147	丙类	016-光纤类	否			是	331201010	前列腺选择性光汽化术		一次性光纤	一次性光纤	本产品在医疗机构中用于泌尿外科良性前列腺增生的治疗，还可用于支气管镜下汽化和凝固气管与会厌处引起气道狭窄的良性病变。	产品由主机(包括铥光纤激光器、安全控制系统、冷却系统)、脚踏开关和激光光纤组成。激光光纤型号规格:Raykeen-200(200、300)、Raykeen-272(200、300)、Raykeen-365(200、300、450)、Raykeen-550(200、300、450)、Raykeen-800(200、300、450)、Raykeen-	通过			第12批
10128	C11021217210033064520000001	一次性皮肤吻合器及拆钉器	DSS-W-35	DSS-W-35	苏械注准20192020226	丙类	172-吻合器类	否			是	331603	烧伤处理和植皮术		皮肤吻合器	一次性皮肤吻合器及拆钉器	适用于创伤及手术切口的表层皮肤缝合用。	一次性皮肤吻合器及拆钉器由固定手柄、压钉板、缝合钉、推钉板、缝合钉座、活动手柄和拆钉器(钳头、手柄)组成。 该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使	通过			第12批

10129	C14250900000002194520000015	一次性使用喉罩气道导管	1.0#	普通Ⅲ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10130	C14250900000002194520000016	一次性使用喉罩气道导管	4.0#	加强Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10131	C14250900000002194520000017	一次性使用喉罩气道导管	3.0#	普通Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10132	C14250900000002194520000018	一次性使用喉罩气道导管	2.5#	普通Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10133	C14250900000002194520000019	一次性使用喉罩气道导管	4.0#	普通Ⅳ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10134	C14250900000002194520000020	一次性使用喉罩气道导管	4.0#	普通Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10135	C14250900000002194520000021	一次性使用喉罩气道导管	4.0#	加强Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10136	C14250900000002194520000023	一次性使用喉罩气道导管	1.5#	普通Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10137	C14250900000002194520000024	一次性使用喉罩气道导管	3.0#	普通Ⅲ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10138	C14250900000002194520000025	一次性使用喉罩气道导管	2.0#	普通Ⅳ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10139	C14250900000002194520000027	一次性使用喉罩气道导管	2.5#	加强Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10140	C14250900000002194520000031	一次性使用喉罩气道导管	1.0#	加强Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10141	C14250900000002194520000032	一次性使用喉罩气道导管	5.0#	普通Ⅳ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10142	C14250900000002194520000033	一次性使用喉罩气道导管	1.5#	普通Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10143	C14250900000002194520000034	一次性使用喉罩气道导管	3.0#	加强Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10144	C14250900000002194520000036	一次性使用喉罩气道导管	3.0#	普通Ⅳ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10145	C14250900000002194520000037	一次性使用喉罩气道导管	4.0#	普通Ⅲ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10146	C14250900000002194520000039	一次性使用喉罩气道导管	2.5#	普通Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10147	C14250900000002194520000041	一次性使用喉罩气道导管	1.5#	普通Ⅳ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10148	C14250900000002194520000042	一次性使用喉罩气道导管	5.0#	普通Ⅲ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10149	C14250900000002194520000043	一次性使用喉罩气道导管	5.0#	普通Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10150	C14250900000002194520000044	一次性使用喉罩气道导管	2.0#	加强Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10151	C14250900000002194520000045	一次性使用喉罩气道导管	1.0#	普通Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10152	C14250900000002194520000046	一次性使用喉罩气道导管	1.0#	普通Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10153	C14250900000002194520000048	一次性使用喉罩气道导管	4.0#	普通Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10154	C14250900000002194520000049	一次性使用喉罩气道导管	2.0#	普通Ⅲ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10155	C14250900000002194520000050	一次性使用喉罩气道导管	5.0#	加强Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10156	C14250900000002194520000053	一次性使用喉罩气道导管	5.0#	普通Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10157	C14250900000002194520000054	一次性使用喉罩气道导管	3.0#	加强Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10158	C14250900000002194520000055	一次性使用喉罩气道导管	2.0#	加强Ⅰ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成；其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批

10159	C14250900000002194520000056	一次性使用喉罩气道导管	2.5#	加强Ⅱ型	浙械注准20242081107	丙类	000--	否			是	330100021	喉罩置入术	指在手术室或重症监护室内进行的喉罩置入术。静脉或吸入给药，清理口腔分泌物，用复方利多卡因乳膏或石蜡油润滑喉罩后置入，判断喉罩的位置并固定，连接呼吸回路，麻醉机或呼吸机行机械	喉罩	一次性使用喉罩气道导管	放置贴合到会咽部，供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。	产品由罩囊、通气主管(加强型含支撑钢丝)、充气线、指示气囊、接头、止逆阀组成;其中普通Ⅱ型、普通Ⅳ型、加强Ⅱ型含格栅。	通过			第12批
10160	C01060303501002076550000006	一次性使用无菌引流导管及附件	8F 40cm	8F	湘械注准20242140480	丙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		一次性使用无菌引流导管	用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入肾盂或脓肿进行引流。	一次性使用无菌引流导管及附件由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、引流连接管、注射器(带针)、导丝导入器塑柄手术刀、医用缝合针线、纱布、固定夹、固定帖、消毒刷(不含消毒剂)、中单、孔巾构成:其中引流导管由接头、管体、亲水涂层组成，导引钢丝由芯丝和绕丝组成，导引针由	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10161	C01060303501002076550000007	一次性使用无菌引流导管及附件	5F 25cm	5F	湘械注准20242140480	丙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		一次性使用无菌引流导管	用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入肾盂或脓肿进行引流。	一次性使用无菌引流导管及附件由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、引流连接管、注射器(带针)、导丝导入器塑柄手术刀、医用缝合针线、纱布、固定夹、固定帖、消毒刷(不含消毒剂)、中单、孔巾构成:其中引流导管由接头、管体、亲水涂层组成，导引钢丝由芯丝和绕丝组成，导引针由	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10162	C01060303501002076550000012	一次性使用无菌引流导管及附件	5F 30cm	5F	湘械注准20242140480	丙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		一次性使用无菌引流导管	用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入肾盂或脓肿进行引流。	一次性使用无菌引流导管及附件由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、引流连接管、注射器(带针)、导丝导入器塑柄手术刀、医用缝合针线、纱布、固定夹、固定帖、消毒刷(不含消毒剂)、中单、孔巾构成:其中引流导管由接头、管体、亲水涂层组成，导引钢丝由芯丝和绕丝组成，导引针由	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10163	C01060303501002076550000022	一次性使用无菌引流导管及附件	8.5F 15cm	8.5F	湘械注准20242140480	丙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		一次性使用无菌引流导管	用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入肾盂或脓肿进行引流。	一次性使用无菌引流导管及附件由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、引流连接管、注射器(带针)、导丝导入器塑柄手术刀、医用缝合针线、纱布、固定夹、固定帖、消毒刷(不含消毒剂)、中单、孔巾构成:其中引流导管由接头、管体、亲水涂层组成，导引钢丝由芯丝和绕丝组成，导引针由	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10164	C01060303501002076550000036	一次性使用无菌引流导管及附件	10F 30cm	10F	湘械注准20242140480	丙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		一次性使用无菌引流导管	用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入肾盂或脓肿进行引流。	一次性使用无菌引流导管及附件由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、引流连接管、注射器(带针)、导丝导入器塑柄手术刀、医用缝合针线、纱布、固定夹、固定帖、消毒刷(不含消毒剂)、中单、孔巾构成:其中引流导管由接头、管体、亲水涂层组成，导引钢丝由芯丝和绕丝组成，导引针由	不通过	含有较多低值耗材		第12批

10165	C01060303501002076550000047	一次性使用无菌引流导管及附件	5F 15cm	5F	湘械注准20242140480	丙类	035-引流装置类	否			是	33	(三)手术治疗	1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类手术项目。 2.手术治疗项目中： (1)经同一切口(入路)进行两种及以上手术时，主要手术		一次性使用无菌引流导管	用于放射介入诊断和治疗手术时，经皮插入肾盂或脓肿进行引流。	一次性使用无菌引流导管及附件由引流导管、导引钢丝、导引针、扩张管、引流连接管、注射器(带针)、导丝导入器塑柄手术刀、医用缝合针线、纱布、固定夹、固定帖、消毒刷(不含消毒剂)、中单、孔巾构成:其中引流导管由接头、管体、亲水涂层组成，导引钢丝由芯丝和绕丝组成，导引针由	不通过	含有较多低值耗材		第12批
10166	C14020118200000052600000008	雾化面罩	SJM-1	SJM-1	鲁械注准20182080040	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	通过外接气源方式，将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中。	雾化面罩由雾化杯、面罩、直咬嘴或弯咬嘴、T形接头或直形接头或弯形接头、波纹管、送气管、织带组成。	通过			第12批

10167	C14020118200000052600000009	雾化面罩	SJM-3	SJM-3	鲁械注准20182080040	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	通过外接气源方式，将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中。	雾化面罩由雾化杯、面罩、直咬嘴或弯咬嘴、T形接头或直形接头或弯形接头、波纹管、送气管、织带组成。	通过			第12批
10168	C14020118200000056820000007	雾化面罩	YCBD型	YCBD型	浙杭械备20240945	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于连接雾化设备实施雾化。	由接口、罩体组成，组成面罩的材料为医用高分子材料。非无菌产品。	通过			第12批
10169	C14020118200000056820000008	雾化面罩	YCMZ-2型	YCMZ-2型	浙杭械备20240945	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于连接雾化设备实施雾化。	由接口、罩体组成，组成面罩的材料为医用高分子材料。非无菌产品。	通过			第12批
10170	C14020118200000056820000009	雾化面罩	YCYZ型	YCYZ型	浙杭械备20240945	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于连接雾化设备实施雾化	由接口、罩体组成，组成面罩的材料为医用高分子材料。非无菌产品。	通过			第12批

10171	C14020118200000056820000010	雾化面罩	YCBC型	YCBC型	浙杭械备20240945	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于连接雾化设备实施雾化。	由接口、罩体组成，组成面罩的材料为医用高分子材料。非无菌产品。	通过			第12批
10172	C14020118200000056820000011	雾化面罩	YCMZ-1型	YCMZ-1型	浙杭械备20240945	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于连接雾化设备实施雾化。	由接口、罩体组成。组成面罩的材料为医用高分子材料。非无菌产品。	通过			第12批
10173	C14020118200000121690000003	雾化器系统	容量最大6ml	Aerogen Solo雾化器	国械注进20162083246	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	该产品用于对处方药进行雾化，以便患者吸入，设备可用于使用间断机械通气或其它正压呼吸辅助设备的患者。	该产品由控制器、雾化器装置（选配）、T型接头、硅胶塞（选配）、线卡、AC/DC适配器组成。各组成型号详见产品技术要求。	通过			第12批

10174	C14020118200000091300000001	一次性使用无菌雾化器	100套/件	B型成人	渝械注准20252080303	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。	一次性使用无菌雾化器按组成分为A型、B型、C型三种型号，A型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴组成。B型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、面罩、固定带组成。C型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴、面罩、固定带组成。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批
10175	C14020118200000091300000002	一次性使用无菌雾化器	100套/件	C型儿童	渝械注准20252080303	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。	一次性使用无菌雾化器按组成分为A型、B型、C型三种型号，A型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴组成。B型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、面罩、固定带组成。C型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴、面罩、固定带组成。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

10176	C14020118200000091300000003	一次性使用无菌雾化器	100套/件	A型通用	渝械注准20252080303	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。	一次性使用无菌雾化器按组成分为A型、B型、C型三种型号，A型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴组成。B型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、面罩、固定带组成。C型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴、面罩、固定带组成。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批
10177	C14020118200000091300000006	一次性使用无菌雾化器	100套/件	C型成人	渝械注准20252080303	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。	一次性使用无菌雾化器按组成分为A型、B型、C型三种型号，A型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴组成。B型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、面罩、固定带组成。C型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴、面罩、固定带组成。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

10178	C14020118200000091300000009	一次性使用无菌雾化器	100套/件	B型儿童	渝械注准20252080303	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。	一次性使用无菌雾化器按组成分为A型、B型、C型三种型号，A型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴组成。B型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、面罩、固定带组成。C型由雾化杯(瓶胆＋瓶体)、气源管、咬嘴、面罩、固定带组成。产品经环氧乙烷灭菌，一	通过			第12批

10179	C14020118200000052600000046	一次性使用雾化器	SJIV型	SJIV型	鲁械注准20152080123	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	以氧气或压缩空气为动力源，供雾化吸入治疗用。	SJI型：必配件：A型雾化杯、S-1型面罩、送气管、松紧带；选配件：L-1型面罩、直咬嘴、A型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。 SJII型：必配件：A型雾化杯、L-1型面罩、送气管、松紧带；选配件：直咬嘴、A型调节盖、弯形接头、直形接头、波纹管。SJIII型：必配件：A型雾化杯、直咬嘴	通过			第12批

10180	C14020118200000033130000039	医用雾化器	小儿	8505E-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10181	C14020118200000033130000040	医用雾化器	成人	8810-Y	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10182	C14020118200000033130000041	医用雾化器	成人	8810-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10183	C14020118200000033130000042	医用雾化器	小儿	8505E-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10184	C14020118200000033130000043	医用雾化器	小儿	8520A-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10185	C14020118200000033130000044	医用雾化器	成人	8517-Y	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10186	C14020118200000033130000045	医用雾化器	小儿	8517-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10187	C14020118200000033130000046	医用雾化器	成人	8505E-B	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10188	C14020118200000033130000047	医用雾化器	成人	8520A-B	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10189	C14020118200000033130000048	医用雾化器	小儿	8525-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10190	C14020118200000033130000049	医用雾化器	小儿	8810-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10191	C14020118200000033130000050	医用雾化器	成人	8517-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10192	C14020118200000033130000051	医用雾化器	成人	8525-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10193	C14020118200000033130000052	医用雾化器	成人	8520C-B	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10194	C14020118200000033130000053	医用雾化器	成人	8810-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10195	C14020118200000033130000054	医用雾化器	成人	8520C-Y	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10196	C14020118200000033130000055	医用雾化器	成人	8525-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10197	C14020118200000033130000056	医用雾化器	成人	8520A-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10198	C14020118200000033130000057	医用雾化器	小儿	8810-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10199	C14020118200000033130000058	医用雾化器	成人	8810-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10200	C14020118200000033130000059	医用雾化器	成人	8505E-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10201	C14020118200000033130000060	医用雾化器	成人	8525-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10202	C14020118200000033130000061	医用雾化器	成人	8517-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10203	C14020118200000033130000062	医用雾化器	小儿	8517-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10204	C14020118200000033130000063	医用雾化器	小儿	8505E-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10205	C14020118200000033130000064	医用雾化器	成人	8517-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10206	C14020118200000033130000065	医用雾化器	成人	8505E-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10207	C14020118200000033130000066	医用雾化器	成人	8517-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10208	C14020118200000033130000067	医用雾化器	小儿	8505E-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10209	C14020118200000033130000068	医用雾化器	成人	8520A-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10210	C14020118200000033130000069	医用雾化器	小儿	8810-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10211	C14020118200000033130000070	医用雾化器	小儿	8520A-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10212	C14020118200000033130000071	医用雾化器	成人	8525-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10213	C14020118200000033130000072	医用雾化器	小儿	8517-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10214	C14020118200000033130000073	医用雾化器	成人	8505E-Y	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10215	C14020118200000033130000074	医用雾化器	成人	8505E-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10216	C14020118200000033130000075	医用雾化器	小儿	8517-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10217	C14020118200000033130000076	医用雾化器	小儿	8525-Q	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10218	C14020118200000033130000077	医用雾化器	成人	8525-Y	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10219	C14020118200000033130000078	医用雾化器	成人	8520A-Y	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10220	C14020118200000033130000079	医用雾化器	成人	8810-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10221	C14020118200000033130000080	医用雾化器	成人	8520A-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10222	C14020118200000033130000081	医用雾化器	小儿	8810-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10223	C14020118200000033130000082	医用雾化器	小儿	8520A-M	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10224	C14020118200000033130000083	医用雾化器	成人	8520A-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10225	C14020118200000033130000084	医用雾化器	成人	8810-B	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10226	C14020118200000033130000085	医用雾化器	小儿	8520A-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10227	C14020118200000033130000086	医用雾化器	成人	8505E-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10228	C14020118200000033130000087	医用雾化器	小儿	8525-W	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批

10229	C14020118200000033130000088	医用雾化器	小儿	8525-A	闽械注准20242080143	丙类	182-吸入器类	否			是	120700001	雾化吸入	包括蒸气雾化、超声雾化、高频振动雾化、氧气雾化、经呼吸机管道雾化、空气压缩泵雾化、高压泵雾化吸入、网式雾化吸入	药物、一次性使用雾化器	一次性使用雾化器	采用外接气源的方式将药物雾化供患者吸入治疗用。	产品由雾化杯/喷雾罐、导气管、吸入装置及转接件组成，吸入装置分为:咬嘴、雾化面罩组件(雾化面罩与松紧带组成)、Y型面罩组件(由Y型面罩、铝片与松紧带组成)、气切面罩组件(气切面罩与松紧带组成)、鼻插管。转接件为选配件分别是:T三通、波纹管、弯头。产品为无菌形式提供，	通过			第12批
10230	C14020226400011037280000033	一次性使用切口保护套	DGX01-25/70/35	DGX01	鲁械注准20242020783	丙类	264-切口保护器类	否			是	330802006	非体外循环冠状动脉搭桥术		一次性特殊牵开器、银夹	一次性特殊牵开器	适用于鼻内窥镜手术及小切口手术，扩展手术术野，保护切口或黏膜免受损伤，减少感染。	产品由保护套和输送器组成，保护套包含外环、通道和置入环三部分，输送器包含芯杆和活动杆两	通过			第12批
10231	C14020226400011037280000200	一次性使用切口保护套	DGX01-20/70/30	DGX01	鲁械注准20242020783	丙类	264-切口保护器类	否			是	330802006	非体外循环冠状动脉搭桥术		一次性特殊牵开器、银夹	一次性特殊牵开器	适用于鼻内窥镜手术及小切口手术，扩展手术术野，保护切口或黏膜免受损伤，减少感染。	产品由保护套和输送器组成，保护套包含外环、通道和置入环三部分，输送器包含芯杆和活动杆两	通过			第12批

10232	C14020226400011037280000315	一次性使用切口保护套	DGX02-25/70/30	DGX02	鲁械注准20242020783	丙类	264-切口保护器类	否			是	330802006	非体外循环冠状动脉搭桥术		一次性特殊牵开器、银夹	一次性特殊牵开器	适用于鼻内窥镜手术及小切口手术，扩展手术术野，保护切口或黏膜免受损伤，减少感染。	产品由保护套和输送器组成，保护套包含外环、通道和置入环三部分，输送器包含芯杆和活动杆两...	通过			第12批
10233	C14240103400002103560000004	一次性使用胃管	4.7mm(F14)	医用级硅胶管路	苏械注准20172142567	甲类	034-插管类	否			是	ABGB0001	胃管置管术	评估患者病情及合作程度等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，适当检查床头，取适当体位，选择并清洁鼻腔，测量插入深度，用麻醉润滑剂润滑消毒胃管前端约10厘米，插入胃管，检查患者口腔情况，注入液体前听取气过水声，用注射器抽吸胃液，确认胃管位置，固定	药物和一次性胃管	一次性胃管	供临床胃肠减压用。	一次性使用胃管由管路和锥头组成。锥头的型式分为：喇叭式、翻盖式。管路根据材料不同可分为塑料PVC管路和医用级硅胶管路；塑料PVC管路根据功能不同可分为普通管路和显影管路；管路根据用途不同可分为单腔和双腔。按管路外径不同分为八种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第12批

10234	C14240103400002103560000005	一次性使用胃管	3.3mm(F10)	医用级硅胶管路	苏械注准20172142567	甲类	034-插管类	否			是	ABGB0001	胃管置管术	评估患者病情及合作程度等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，适当检查床头，取适当体位，选择并清洁鼻腔，测量插入深度，用麻醉润滑剂润滑消毒胃管前端约10厘米，插入胃管，检查患者口腔情况，注入液体前听取气过水声，用注射器抽吸胃液，确认胃管位置，固定	药物和一次性胃管	一次性胃管	供临床胃肠减压用。	一次性使用胃管由管路和锥头组成。锥头的型式分为：喇叭式、翻盖式。管路根据材料不同可分为塑料PVC管路和医用级硅胶管路；塑料PVC管路根据功能不同可分为普通管路和显影管路；管路根据用途不同可分为单腔和双腔。按管路外径不同分为八种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第12批

10235	C14240103400002103560000006	一次性使用胃管	4.0mm(F12)	医用级硅胶管路	苏械注准20172142567	甲类	034-插管类	否			是	ABGB0001	胃管置管术	评估患者病情及合作程度等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，适当检查床头，取适当体位，选择并清洁鼻腔，测量插入深度，用麻醉润滑剂润滑消毒胃管前端约10厘米，插入胃管，检查患者口腔情况，注入液体前听取气过水声，用注射器抽吸胃液，确认胃管位置，固定	药物和一次性胃管	一次性胃管	供临床胃肠减压用。	一次性使用胃管由管路和锥头组成。锥头的型式分为：喇叭式、翻盖式。管路根据材料不同可分为塑料PVC管路和医用级硅胶管路；塑料PVC管路根据功能不同可分为普通管路和显影管路；管路根据用途不同可分为单腔和双腔。按管路外径不同分为八种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第12批

10236	C14240103400002103560000010	一次性使用胃管	5.3mm(F16)	医用级硅胶管路	苏械注准20172142567	甲类	034-插管类	否			是	ABGB0001	胃管置管术	评估患者病情及合作程度等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，适当检查床头，取适当体位，选择并清洁鼻腔，测量插入深度，用麻醉润滑剂润滑消毒胃管前端约10厘米，插入胃管，检查患者口腔情况，注入液体前听取气过水声，用注射器抽吸胃液，确认胃管位置，固定	药物和一次性胃管	一次性胃管	供临床胃肠减压用。	一次性使用胃管由管路和锥头组成。锥头的型式分为：喇叭式、翻盖式。管路根据材料不同可分为塑料PVC管路和医用级硅胶管路；塑料PVC管路根据功能不同可分为普通管路和显影管路；管路根据用途不同可分为单腔和双腔。按管路外径不同分为八种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第12批

10237	C14240103400002103560000013	一次性使用胃管	6.0mm（F18）	医用级硅胶管路	苏械注准20172142567	甲类	034-插管类	否			是	ABGB0001	胃管置管术	评估患者病情及合作程度等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，适当检查床头，取适当体位，选择并清洁鼻腔，测量插入深度，用麻醉润滑剂润滑消毒胃管前端约10厘米，插入胃管，检查患者口腔情况，注入液体前听取气过水声，用注射器抽吸胃液，确认胃管位置，固定	药物和一次性胃管	一次性胃管	供临床胃肠减压用。	一次性使用胃管由管路和锥头组成。锥头的型式分为：喇叭式、翻盖式。管路根据材料不同可分为塑料PVC管路和医用级硅胶管路；塑料PVC管路根据功能不同可分为普通管路和显影管路；管路根据用途不同可分为单腔和双腔。按管路外径不同分为八种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第12批

10238	C14240103400002103560000014	一次性使用胃管	6.7mm(F20)	医用级硅胶管路	苏械注准20172142567	甲类	034-插管类	否			是	ABGB0001	胃管置管术	评估患者病情及合作程度等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，适当检查床头，取适当体位，选择并清洁鼻腔，测量插入深度，用麻醉润滑剂润滑消毒胃管前端约10厘米，插入胃管，检查患者口腔情况，注入液体前听取气过水声，用注射器抽吸胃液，确认胃管位置，固定	药物和一次性胃管	一次性胃管	供临床胃肠减压用。	一次性使用胃管由管路和锥头组成。锥头的型式分为：喇叭式、翻盖式。管路根据材料不同可分为塑料PVC管路和医用级硅胶管路；塑料PVC管路根据功能不同可分为普通管路和显影管路；管路根据用途不同可分为单腔和双腔。按管路外径不同分为八种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙	通过			第12批

10239	C03480411401001118460000001	无菌骨锯片	WSD100221.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10240	C03480411401001118460000002	无菌骨锯片	WSD060121.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10241	C03480411401001118460000003	无菌骨锯片	WSD070131.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10242	C03480411401001118460000004	无菌骨锯片	WSD090131.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10243	C03480411401001118460000005	无菌骨锯片	WSD070131.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10244	C03480411401001118460000007	无菌骨锯片	WSD070121.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10245	C03480411401001118460000008	无菌骨锯片	WSD090131.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10246	C03480411401001118460000009	无菌骨锯片	WSD120221.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10247	C03480411401001118460000010	无菌骨锯片	WSD060121.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10248	C03480411401001118460000011	无菌骨锯片	WSD090131.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10249	C03480411401001118460000012	无菌骨锯片	WSD120121.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10250	C03480411401001118460000013	无菌骨锯片	WSD120121.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10251	C03480411401001118460000014	无菌骨锯片	WSD090131.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10252	C03480411401001118460000015	无菌骨锯片	WSD100131.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10253	C03480411401001118460000016	无菌骨锯片	WSD120131.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10254	C03480411401001118460000017	无菌骨锯片	WSD070121.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10255	C03480411401001118460000018	无菌骨锯片	WSD060131.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10256	C03480411401001118460000019	无菌骨锯片	WSD070121.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10257	C03480411401001118460000020	无菌骨锯片	WSD070221.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10258	C03480411401001118460000021	无菌骨锯片	WSD100131.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10259	C03480411401001118460000022	无菌骨锯片	WSD060221.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10260	C03480411401001118460000023	无菌骨锯片	WSD090221.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10261	C03480411401001118460000024	无菌骨锯片	WSD060131.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10262	C03480411401001118460000025	无菌骨锯片	WSD090121.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10263	C03480411401001118460000026	无菌骨锯片	WSD100121.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10264	C03480411401001118460000027	无菌骨锯片	WSD090241.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10265	C03480411401001118460000028	无菌骨锯片	WSD100131.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10266	C03480411401001118460000029	无菌骨锯片	WSD120221.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10267	C03480411401001118460000030	无菌骨锯片	WSD120221.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10268	C03480411401001118460000031	无菌骨锯片	WSD100121.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10269	C03480411401001118460000032	无菌骨锯片	WSD060121.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10270	C03480411401001118460000033	无菌骨锯片	WSD120121.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10271	C03480411401001118460000034	无菌骨锯片	WSD100221.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10272	C03480411401001118460000035	无菌骨锯片	WSD060131.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10273	C03480411401001118460000036	无菌骨锯片	WSD090121.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10274	C03480411401001118460000037	无菌骨锯片	WSD100131.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10275	C03480411401001118460000038	无菌骨锯片	WSD070121.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10276	C03480411401001118460000039	无菌骨锯片	WSD100221.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10277	C03480411401001118460000040	无菌骨锯片	WSD060221.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10278	C03480411401001118460000041	无菌骨锯片	WSD070221.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10279	C03480411401001118460000042	无菌骨锯片	WSD090221.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10280	C03480411401001118460000043	无菌骨锯片	WSD120131.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10281	C03480411401001118460000044	无菌骨锯片	WSD060221.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10282	C03480411401001118460000045	无菌骨锯片	WSD060121.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10283	C03480411401001118460000046	无菌骨锯片	WSD090121.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10284	C03480411401001118460000047	无菌骨锯片	WSD120131.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10285	C03480411401001118460000048	无菌骨锯片	WSD090121.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10286	C03480411401001118460000049	无菌骨锯片	WSD100131.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10287	C03480411401001118460000050	无菌骨锯片	WSD060131.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10288	C03480411401001118460000051	无菌骨锯片	WSD100221.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10289	C03480411401001118460000052	无菌骨锯片	WSD120221.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10290	C03480411401001118460000053	无菌骨锯片	WSD090201.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10291	C03480411401001118460000054	无菌骨锯片	WSD060131.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10292	C03480411401001118460000055	无菌骨锯片	WSD060131.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10293	C03480411401001118460000056	无菌骨锯片	WSD070131.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10294	C03480411401001118460000057	无菌骨锯片	WSD090221.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBDA0000	颌面微动力系统	相关消耗：各种直径钻头、磨头、来复锯、矢状锯、摆动锯、各种锯片、各种接口。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼。切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用Y射线辐照灭菌，灭菌有效	通过			第12批

10295	C03480411401001118460000058	无菌骨锯片	WSD100121.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10296	C03480411401001118460000059	无菌骨锯片	WSD120121.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10297	C03480411401001118460000060	无菌骨锯片	WSD090121.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10298	C03480411401001118460000061	无菌骨锯片	WSD120121.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10299	C03480411401001118460000063	无菌骨锯片	WSD060221.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10300	C03480411401001118460000064	无菌骨锯片	WSD090221.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10301	C03480411401001118460000065	无菌骨锯片	WSD120221.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10302	C03480411401001118460000066	无菌骨锯片	WSD100121.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10303	C03480411401001118460000067	无菌骨锯片	WSD100221.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10304	C03480411401001118460000068	无菌骨锯片	WSD060131.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10305	C03480411401001118460000069	无菌骨锯片	WSD090121.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10306	C03480411401001118460000070	无菌骨锯片	WSD090221.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10307	C03480411401001118460000071	无菌骨锯片	WSD090221.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10308	C03480411401001118460000072	无菌骨锯片	WSD100221.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10309	C03480411401001118460000073	无菌骨锯片	WSD060131.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10310	C03480411401001118460000074	无菌骨锯片	WSD120131.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10311	C03480411401001118460000075	无菌骨锯片	WSD090221.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10312	C03480411401001118460000076	无菌骨锯片	WSD120221.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10313	C03480411401001118460000077	无菌骨锯片	WSD070221.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10314	C03480411401001118460000078	无菌骨锯片	WSD070121.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10315	C03480411401001118460000079	无菌骨锯片	WSD060121.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10316	C03480411401001118460000080	无菌骨锯片	WSD070131.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10317	C03480411401001118460000081	无菌骨锯片	WSD090221.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10318	C03480411401001118460000082	无菌骨锯片	WSD070121.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10319	C03480411401001118460000083	无菌骨锯片	WSD100121.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10320	C03480411401001118460000084	无菌骨锯片	WSD060131.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10321	C03480411401001118460000085	无菌骨锯片	WSD120121.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10322	C03480411401001118460000086	无菌骨锯片	WSD100221.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10323	C03480411401001118460000087	无菌骨锯片	WSD100121.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10324	C03480411401001118460000088	无菌骨锯片	WSD100131.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10325	C03480411401001118460000089	无菌骨锯片	WSD070221.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10326	C03480411401001118460000090	无菌骨锯片	WSD060121.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10327	C03480411401001118460000091	无菌骨锯片	WSD070121.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10328	C03480411401001118460000092	无菌骨锯片	WSD100131.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10329	C03480411401001118460000093	无菌骨锯片	WSD090121.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10330	C03480411401001118460000094	无菌骨锯片	WSD100221.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10331	C03480411401001118460000095	无菌骨锯片	WSD090121.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10332	C03480411401001118460000097	无菌骨锯片	WSD070131.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10333	C03480411401001118460000098	无菌骨锯片	WSD070221.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10334	C03480411401001118460000099	无菌骨锯片	WSD070131.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10335	C03480411401001118460000100	无菌骨锯片	WSD090121.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10336	C03480411401001118460000101	无菌骨锯片	WSD090131.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10337	C03480411401001118460000102	无菌骨锯片	WSD090121.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10338	C03480411401001118460000103	无菌骨锯片	WSD100221.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10339	C03480411401001118460000104	无菌骨锯片	WSD060200.6H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10340	C03480411401001118460000105	无菌骨锯片	WSD060221.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10341	C03480411401001118460000106	无菌骨锯片	WSD120221.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10342	C03480411401001118460000107	无菌骨锯片	WSD070131.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10343	C03480411401001118460000108	无菌骨锯片	WSD060121.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10344	C03480411401001118460000109	无菌骨锯片	WSD120121.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10345	C03480411401001118460000110	无菌骨锯片	WSD090131.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10346	C03480411401001118460000111	无菌骨锯片	WSD060221.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10347	C03480411401001118460000112	无菌骨锯片	WSD090121.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10348	C03480411401001118460000113	无菌骨锯片	WSD100131.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10349	C03480411401001118460000114	无菌骨锯片	WSD120131.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10350	C03480411401001118460000115	无菌骨锯片	WSD090221.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10351	C03480411401001118460000116	无菌骨锯片	WSD100121.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10352	C03480411401001118460000117	无菌骨锯片	WSD120221.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10353	C03480411401001118460000118	无菌骨锯片	WSD090131.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10354	C03480411401001118460000119	无菌骨锯片	WSD060221.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10355	C03480411401001118460000120	无菌骨锯片	WSD070121.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10356	C03480411401001118460000121	无菌骨锯片	WSD090131.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10357	C03480411401001118460000122	无菌骨锯片	WSD060121.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10358	C03480411401001118460000123	无菌骨锯片	WSD090131.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10359	C03480411401001118460000124	无菌骨锯片	WSD070221.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10360	C03480411401001118460000125	无菌骨锯片	WSD120221.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10361	C03480411401001118460000126	无菌骨锯片	WSD060221.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10362	C03480411401001118460000127	无菌骨锯片	WSD070131.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10363	C03480411401001118460000128	无菌骨锯片	WSD100131.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10364	C03480411401001118460000129	无菌骨锯片	WSD090131.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10365	C03480411401001118460000130	无菌骨锯片	WSD090221.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10366	C03480411401001118460000131	无菌骨锯片	WSD060121.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10367	C03480411401001118460000132	无菌骨锯片	WSD120121.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10368	C03480411401001118460000133	无菌骨锯片	WSD090221.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10369	C03480411401001118460000134	无菌骨锯片	WSD060221.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10370	C03480411401001118460000135	无菌骨锯片	WSD060221.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10371	C03480411401001118460000136	无菌骨锯片	WSD100121.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10372	C03480411401001118460000137	无菌骨锯片	WSD120121.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10373	C03480411401001118460000138	无菌骨锯片	WSD090221.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10374	C03480411401001118460000139	无菌骨锯片	WSD070221.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10375	C03480411401001118460000140	无菌骨锯片	WSD070131.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10376	C03480411401001118460000141	无菌骨锯片	WSD070221.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10377	C03480411401001118460000142	无菌骨锯片	WSD070121.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10378	C03480411401001118460000143	无菌骨锯片	WSD070131.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10379	C03480411401001118460000144	无菌骨锯片	WSD100221.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10380	C03480411401001118460000145	无菌骨锯片	WSD120121.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10381	C03480411401001118460000146	无菌骨锯片	WSD060131.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10382	C03480411401001118460000147	无菌骨锯片	WSD120121.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10383	C03480411401001118460000148	无菌骨锯片	WSD120221.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10384	C03480411401001118460000149	无菌骨锯片	WSD060131.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10385	C03480411401001118460000150	无菌骨锯片	WSD070221.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10386	C03480411401001118460000151	无菌骨锯片	WSD060131.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10387	C03480411401001118460000152	无菌骨锯片	WSD120221.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10388	C03480411401001118460000153	无菌骨锯片	WSD060121.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10389	C03480411401001118460000154	无菌骨锯片	WSD120131.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10390	C03480411401001118460000155	无菌骨锯片	WSD120221.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10391	C03480411401001118460000156	无菌骨锯片	WSD090131.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10392	C03480411401001118460000157	无菌骨锯片	WSD070131.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10393	C03480411401001118460000158	无菌骨锯片	WSD070221.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10394	C03480411401001118460000159	无菌骨锯片	WSD070131.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10395	C03480411401001118460000160	无菌骨锯片	WSD120131.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10396	C03480411401001118460000161	无菌骨锯片	WSD060121.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10397	C03480411401001118460000162	无菌骨锯片	WSD100131.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10398	C03480411401001118460000163	无菌骨锯片	WSD100221.0S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10399	C03480411401001118460000164	无菌骨锯片	WSD060221.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10400	C03480411401001118460000165	无菌骨锯片	WSD120131.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10401	C03480411401001118460000166	无菌骨锯片	WSD100131.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10402	C03480411401001118460000167	无菌骨锯片	WSD120131.0R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10403	C03480411401001118460000168	无菌骨锯片	WSD120131.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10404	C03480411401001118460000169	无菌骨锯片	WSD070121.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10405	C03480411401001118460000170	无菌骨锯片	WSD120131.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10406	C03480411401001118460000171	无菌骨锯片	WSD070221.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10407	C03480411401001118460000172	无菌骨锯片	WSD090131.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10408	C03480411401001118460000173	无菌骨锯片	WSD120131.2H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10409	C03480411401001118460000174	无菌骨锯片	WSD090181.2S	S型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10410	C03480411401001118460000175	无菌骨锯片	WSD100221.2A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10411	C03480411401001118460000176	无菌骨锯片	WSD110221.2B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10412	C03480411401001118460000177	无菌骨锯片	WSD070221.2R	R型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10413	C03480411401001118460000178	无菌骨锯片	WSD120121.0A	A型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10414	C03480411401001118460000179	无菌骨锯片	WSD070121.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10415	C03480411401001118460000180	无菌骨锯片	WSD070121.0B	B型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10416	C03480411401001118460000181	无菌骨锯片	WSD060221.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10417	C03480411401001118460000182	无菌骨锯片	WSD060121.0H	H型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10418	C03480411401001118460000183	无菌骨锯片	WSD090121.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10419	C03480411401001118460000184	无菌骨锯片	WSD100121.0Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批
10420	C03480411401001118460000185	无菌骨锯片	WSD100131.2Z	Z型	川械注准20232040388	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与气动或电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨。	产品由连接部分、使用部分组成，采用医用不锈钢材料制成。采用γ射线辐照灭菌，灭菌有效期3年。	通过			第12批

10421	C03480411401009027370000001	一次性使用无菌骨锯	65×19×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10422	C03480411401009027370000002	一次性使用无菌骨锯	70×19×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10423	C03480411401009027370000003	一次性使用无菌骨锯	80×19×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10424	C03480411401009027370000004	一次性使用无菌骨锯	65×13×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10425	C03480411401009027370000005	一次性使用无菌骨锯	70×19×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10426	C03480411401009027370000006	一次性使用无菌骨锯	65×13×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10427	C03480411401009027370000007	一次性使用无菌骨锯	80×13×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10428	C03480411401009027370000008	一次性使用无菌骨锯	60×5×1.19	L-Ⅱ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10429	C03480411401009027370000009	一次性使用无菌骨锯	70×13×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10430	C03480411401009027370000010	一次性使用无菌骨锯	65×15×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10431	C03480411401009027370000011	一次性使用无菌骨锯	90×15×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10432	C03480411401009027370000012	一次性使用无菌骨锯	65×17×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10433	C03480411401009027370000013	一次性使用无菌骨锯	90×15×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10434	C03480411401009027370000014	一次性使用无菌骨锯	80×15×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10435	C03480411401009027370000015	一次性使用无菌骨锯	65×15×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10436	C03480411401009027370000016	一次性使用无菌骨锯	90×17×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10437	C03480411401009027370000017	一次性使用无菌骨锯	90×17×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10438	C03480411401009027370000018	一次性使用无菌骨锯	90×15×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10439	C03480411401009027370000019	一次性使用无菌骨锯	80×15×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10440	C03480411401009027370000020	一次性使用无菌骨锯	60×5×1.00	L-Ⅱ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10441	C03480411401009027370000021	一次性使用无菌骨锯	90×17×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10442	C03480411401009027370000022	一次性使用无菌骨锯	65×17×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10443	C03480411401009027370000023	一次性使用无菌骨锯	65×19×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10444	C03480411401009027370000024	一次性使用无菌骨锯	90×15×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10445	C03480411401009027370000025	一次性使用无菌骨锯	80×15×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10446	C03480411401009027370000026	一次性使用无菌骨锯	70×19×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10447	C03480411401009027370000027	一次性使用无菌骨锯	80×13×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10448	C03480411401009027370000028	一次性使用无菌骨锯	70×13×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10449	C03480411401009027370000029	一次性使用无菌骨锯	80×17×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10450	C03480411401009027370000030	一次性使用无菌骨锯	70×17×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10451	C03480411401009027370000031	一次性使用无菌骨锯	65×13×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10452	C03480411401009027370000032	一次性使用无菌骨锯	60×5×1.19	S-Ⅱ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10453	C03480411401009027370000033	一次性使用无菌骨锯	80×19×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10454	C03480411401009027370000034	一次性使用无菌骨锯	65×17×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10455	C03480411401009027370000035	一次性使用无菌骨锯	70×17×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10456	C03480411401009027370000036	一次性使用无菌骨锯	65×15×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10457	C03480411401009027370000037	一次性使用无菌骨锯	60×5×1.00	S-Ⅱ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10458	C03480411401009027370000038	一次性使用无菌骨锯	90×19×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10459	C03480411401009027370000039	一次性使用无菌骨锯	80×17×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10460	C03480411401009027370000040	一次性使用无菌骨锯	90×13×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10461	C03480411401009027370000041	一次性使用无菌骨锯	70×15×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10462	C03480411401009027370000042	一次性使用无菌骨锯	80×17×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10463	C03480411401009027370000043	一次性使用无菌骨锯	90×17×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10464	C03480411401009027370000044	一次性使用无菌骨锯	90×19×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10465	C03480411401009027370000045	一次性使用无菌骨锯	65×15×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10466	C03480411401009027370000046	一次性使用无菌骨锯	80×17×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10467	C03480411401009027370000047	一次性使用无菌骨锯	70×17×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10468	C03480411401009027370000048	一次性使用无菌骨锯	80×19×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10469	C03480411401009027370000049	一次性使用无菌骨锯	65×17×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10470	C03480411401009027370000050	一次性使用无菌骨锯	70×13×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10471	C03480411401009027370000051	一次性使用无菌骨锯	80×13×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10472	C03480411401009027370000052	一次性使用无菌骨锯	90×13×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10473	C03480411401009027370000053	一次性使用无菌骨锯	80×19×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10474	C03480411401009027370000054	一次性使用无菌骨锯	90×13×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10475	C03480411401009027370000055	一次性使用无菌骨锯	65×19×1.19	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10476	C03480411401009027370000056	一次性使用无菌骨锯	70×13×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10477	C03480411401009027370000057	一次性使用无菌骨锯	70×19×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10478	C03480411401009027370000058	一次性使用无菌骨锯	70×15×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10479	C03480411401009027370000059	一次性使用无菌骨锯	65×13×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10480	C03480411401009027370000060	一次性使用无菌骨锯	80×13×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10481	C03480411401009027370000061	一次性使用无菌骨锯	90×19×1.19	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10482	C03480411401009027370000062	一次性使用无菌骨锯	70×15×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10483	C03480411401009027370000063	一次性使用无菌骨锯	65×19×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10484	C03480411401009027370000064	一次性使用无菌骨锯	90×19×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10485	C03480411401009027370000065	一次性使用无菌骨锯	70×15×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10486	C03480411401009027370000066	一次性使用无菌骨锯	70×17×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10487	C03480411401009027370000067	一次性使用无菌骨锯	90×13×1.00	S-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批
10488	C03480411401009027370000068	一次性使用无菌骨锯	80×15×1.00	L-Ⅰ型	苏械注准20232041402	甲类	114-锯片类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌骨锯片	与电动手术设备配合使用，用于截锯骨骼、切除和修正腐骨用或骨科脊柱手术时钻孔、减压。	一次性使用无菌骨锯为扁平型的手术切割器械，有锯齿刃口。该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌。一次性使用.	通过			第12批

10489	C03480511500000012590000001	关节镜刨刀	L13SS	L13SS	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10490	C03480511500000012590000002	关节镜刨刀	L13SF	L13SF	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10491	C03480511500000012590000003	关节镜刨刀	B01ST	B01ST	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10492	C03480511500000012590000004	关节镜刨刀	D02SS	D02SS	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10493	C03480511500000012590000005	关节镜刨刀	E03ST	E03ST	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10494	C03480511500000012590000006	关节镜刨刀	D02SF	D02SF	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10495	C03480511500000012590000007	关节镜刨刀	B01SS	B01SS	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10496	C03480511500000012590000008	关节镜刨刀	D02ST	D02ST	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10497	C03480511500000012590000009	关节镜刨刀	E03SS	E03SS	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10498	C03480511500000012590000010	关节镜刨刀	A07SU	A07SU	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10499	C03480511500000012590000011	关节镜刨刀	E03SF	E03SF	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10500	C03480511500000012590000012	关节镜刨刀	L13ST	L13ST	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10501	C03480511500000012590000014	关节镜刨刀	A07SS	A07SS	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10502	C03480511500000012590000015	关节镜刨刀	L14SS	L14SS	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10503	C03480511500000012590000016	关节镜刨刀	L14ST	L14ST	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10504	C03480511500000012590000017	关节镜刨刀	A07ST	A07ST	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10505	C03480511500000012590000018	关节镜刨刀	A07SF	A07SF	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批
10506	C03480511500000012590000019	关节镜刨刀	B01SF	B01SF	粤械注准20182041104	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。手术中在内窥镜下操作，用于打磨、切削组织和骨质。	由内管和外管组成，内管和外管均由刀头、刀杆和刀柄组成。	通过			第12批

10507	C03480511500000157090000005	一次性使用刨削刀头	4.0x187	LYBL0401SN	津械注准20222040123	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	适用于骨科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	该产品由内管和外管组成，内管和外管均由刀柄和刀杆组成。	通过			第12批
10508	C03480511500000157090000011	一次性使用刨削刀头	4.0x192	LYBL0401SF	津械注准20222040123	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	适用于骨科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	该产品由内管和外管组成，内管和外管均由刀柄和刀杆组成。	通过			第12批

10509	C03480511500000157090000017	一次性使用刨削刀头	4.0x192	LYBL0401SM	津械注准20222040123	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌关节刨刀	适用于骨科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	该产品由内管和外管组成，内管和外管均由刀柄和刀杆组成。	通过			第12批
10510	C03480511500000012590000021	一次性使用刨削刀头	D3.5	H1	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批

10511	C03480511500000012590000027	一次性使用刨削刀头	D3.5	A3	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批
10512	C03480511500000012590000034	一次性使用刨削刀头	D3.5	D3	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批

10513	C03480511500000012590000039	一次性使用刨削刀头	D3.5	A1	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批
10514	C03480511500000012590000041	一次性使用刨削刀头	D3.5	D2	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批

10515	C03480511500000012590000042	一次性使用刨削刀头	D3.5	H2	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批
10516	C03480511500000012590000044	一次性使用刨削刀头	D3.5	B4	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批

10517	C03480511500000012590000045	一次性使用刨削刀头	D3.5	A2	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批
10518	C03480511500000012590000046	一次性使用刨削刀头	D3.5	B2	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批

10519	C03480511500000012590000048	一次性使用刨削刀头	D3.5	D1	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批
10520	C03480511500000012590000049	一次性使用刨削刀头	D3.5	A4	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批

10521	C03480511500000012590000051	一次性使用刨削刀头	D3.5	B3	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批
10522	C03480511500000012590000052	一次性使用刨削刀头	D3.5	B1	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批

10523	C03480511500000012590000056	一次性使用刨削刀头	D3.5	H4	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批
10524	C03480511500000012590000060	一次性使用刨削刀头	D3.5	H3	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管和外管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批

10525	C03480511500000012590000063	一次性使用刨削刀头	D3.5	D4	粤械注准20232040547	甲类	115-刨刀类	否			是	NBCA0000	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切工具、刀具。	一次性无菌骨锯片、一次性无菌关节刨刀、一次性无菌关节钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌铣刀、一次性无菌微创脊柱变向磨钻头、一次性无菌微创脊柱磨钻头、一次性无菌微创脊柱钻头、一次性无菌微创脊柱刨刀、一次性无菌柳锯片、一	一次性无菌微创脊柱刨刀	本产品与刨削器配合使用，用于内窥镜手术下对骨或软组织等进行切除、磨削等操作。	产品由内管和外管组成， 内管主要由刀柄、刀杆和刀头三部分组成。	通过			第12批
10526	C03480511500000063630002152	一次性刨削刀	BDF1104012A2	BDF1104012A2	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批

10527	C03480511500000063630002162	一次性刨削刀	BDF1104040A1	BDF1104040A1	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批
10528	C03480511500000063630002169	一次性刨削刀	BDF1104060A	BDF1104060A	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批
10529	C03480511500000063630002176	一次性刨削刀	BDF1104040A	BDF1104040A	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批

10530	C03480511500000063630002187	一次性刨削刀	BDF1104060A1	BDF1104060A1	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批
10531	C03480511500000063630002198	一次性刨削刀	BDF1104060A2	BDF1104060A2	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批
10532	C03480511500000063630002204	一次性刨削刀	BDF1104012A1	BDF1104012A1	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批

10533	C03480511500000063630002207	一次性刨削刀	BDF11040A1	BDF11040A1	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批
10534	C03480511500000063630002225	一次性刨削刀	BDF1104012A	BDF1104012A	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批
10535	C03480511500000063630002226	一次性刨削刀	BDF11040A2	BDF11040A2	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批

10536	C03480511500000063630002234	一次性刨削刀	BDF11040A	BDF11040A	苏械注准20202041232	甲类	115-刨刀类	否			是	NBBA0000	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀、一次性无菌眼耳鼻喉钻头、一次性无菌磨钻头、一次性无菌骨锯片、一次性无菌铣刀、一次性无菌钻针。	一次性无菌眼耳鼻喉刨刀	适用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。	一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀由刀头、刀杆和接口三部分组成，选配清洁刷或清洁丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次	通过			第12批
10537	C14171101000000055520000118	可控式吸痰管	4.67mm（14F）×470mm	DREO-S	陕械注准20192080031	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	该产品适用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。	该产品主要由医用高分子材料聚氯乙烯制成，由欧式接头、导管、手套组成。该产品为无菌提供，一次性使用	通过			第12批

10538	C14171101000000230760000001	一次性使用可视吸痰管	YY-S1E02	YY-S1E02	湘械注准20242080647	甲类	010-管路类	否			是	ACBJ0004	吸痰护理	评估患者病情、意识状态、呼吸道分泌物情况等，核对患者信息，做好解释取得配合，连接吸引器调整负压，取适当体位，戴无菌手套，检查连接好的无菌吸痰管通畅，将吸痰管插入气道，缓慢旋转提取进行抽吸，调整氧气流量，观察患者生命体征及痰液性质，协助患者采取舒适	一次性吸痰管	一次性吸痰管	产品提供可视化，用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内的分泌物，以保持气道畅通。	一次性使用可视吸痰管由吸引导管、摄像头模组、手柄、吸引接头、负压控制器、插头、数据传输线、电源适配器组成。其中数据传输线、电源适配器为非无菌供应，重复使用；其他部件经环氧乙烷灭菌，无菌供应，一次性使用。	通过			第12批

10539	C14171101000000230760000003	一次性使用可视吸痰管	YY-S1E00	YY-S1E00	湘械注准20242080647	甲类	010-管路类	否			是	ACBJ0004	吸痰护理	评估患者病情、意识状态、呼吸道分泌物情况等，核对患者信息，做好解释取得配合，连接吸引器调整负压，取适当体位，戴无菌手套，检查连接好的无菌吸痰管通畅，将吸痰管插入气道，缓慢旋转提取进行抽吸，调整氧气流量，观察患者生命体征及痰液性质，协助患者采取舒适	一次性吸痰管	一次性吸痰管	产品提供可视化，用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内的分泌物，以保持气道畅通。	一次性使用可视吸痰管由吸引导管、摄像头模组、手柄、吸引接头、负压控制器、插头、数据传输线、电源适配器组成。其中数据传输线、电源适配器为非无菌供应，重复使用；其他部件经环氧乙烷灭菌，无菌供应，一次性使用。	通过			第12批

10540	C14171101000000230760000004	一次性使用可视吸痰管	YY-S1E01	YY-S1E01	湘械注准20242080647	甲类	010-管路类	否			是	ACBJ0004	吸痰护理	评估患者病情、意识状态、呼吸道分泌物情况等，核对患者信息，做好解释取得配合，连接吸引器调整负压，取适当体位，戴无菌手套，检查连接好的无菌吸痰管通畅，将吸痰管插入气道，缓慢旋转提取进行抽吸，调整氧气流量，观察患者生命体征及痰液性质，协助患者采取舒适	一次性吸痰管	一次性吸痰管	产品提供可视化，用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内的分泌物，以保持气道畅通。	一次性使用可视吸痰管由吸引导管、摄像头模组、手柄、吸引接头、负压控制器、插头、数据传输线、电源适配器组成。其中数据传输线、电源适配器为非无菌供应，重复使用；其他部件经环氧乙烷灭菌，无菌供应，一次性使用。	通过			第12批

10541	C14171101000000213190000016	一次性使用吸痰管包	4.0mm(12F)	B2-S	苏械注准20232081551	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	供临床吸引痰液用。	根据接头样式不同，分为B1塞盖机器接头和B2 无盖机器接头两类、共 6 个型 号。B1-P、B2-P 型为普通型，由一次性使用吸痰管和一次性使用纸塑检查手套组成。一次性使用吸痰管由接头和管身两部分组成。B1-W、B1-S 型和 B2- W、B2-S 型为无损伤型，由一次性使	通过			第12批

10542	C14171101000000213190000020	一次性使用吸痰管包	4.0mm(12F)	B2-W	苏械注准20232081551	甲类	010-管路类	否			是	120100011	吸痰护理	含叩背、吸痰；不含雾化吸入	一次性吸痰管	一次性吸痰管	供临床吸引痰液用。	根据接头样式不同，分为B1塞盖机器接头和B2 无盖机器接头两类、共 6 个型 号。B1-P、B2-P 型为普通型，由一次性使用吸痰管和一次性使用纸塑检查手套组成。一次性使用吸痰管由接头和管身两部分组成。B1-W、B1-S 型和 B2- W、B2-S 型为无损伤型，由一次性使	通过			第12批

10543	C01050702100002152160000004	微波消融仪--一次性使用微波消融针	MS11-1603-10BG	MS11-1603-10BG	国械注准20243010871	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	本产品在医疗机构中使用，适用于肝脏肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。微波消融针适用范围见附页。	本产品由主机、射频连接电缆、一次性使用测温针、流量检测连接线、冷却组件（含蠕动泵、输液管和流量检 测盒）、脚踏开关和一次性使用微波消融针组成	通过			第12批

10544	C01050702100002152160000006	微波消融仪--一次性使用微波消融针	MS11-1905-16BG	MS11-1905-16BG	国械注准20243010871	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	本产品在医疗机构中使用，适用于肝脏肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。微波消融针适用范围见附页。	本产品由主机、射频连接电缆、一次性使用测温针、流量检测连接线、冷却组件（含蠕动泵、输液管和流量检 测盒）、脚踏开关和一次性使用微波消融针组成	通过			第12批

10545	C01050702100002152160000007	微波消融仪--一次性使用微波消融针	MS13-1905-25BG	MS13-1905-25BG	国械注准20243010871	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	本产品在医疗机构中使用，适用于肝脏肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。微波消融针适用范围见附页。	本产品由主机、射频连接电缆、一次性使用测温针、流量检测连接线、冷却组件（含蠕动泵、输液管和流量检 测盒）、脚踏开关和一次性使用微波消融针组成	通过			第12批

10546	C01050702100002152160000012	微波消融仪--一次性使用微波消融针	MS13-1405-16BG	MS13-1405-16BG	国械注准20243010871	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	本产品在医疗机构中使用，适用于肝脏肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。微波消融针适用范围见附页。	本产品由主机、射频连接电缆、一次性使用测温针、流量检测连接线、冷却组件（含蠕动泵、输液管和流量检 测盒）、脚踏开关和一次性使用微波消融针组成	通过			第12批

10547	C01050702100002152160000018	微波消融仪--一次性使用微波消融针	MS11-1911-18BG	MS11-1911-18BG	国械注准20243010871	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	本产品在医疗机构中使用，适用于肝脏肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。微波消融针适用范围见附页。	本产品由主机、射频连接电缆、一次性使用测温针、流量检测连接线、冷却组件（含蠕动泵、输液管和流量检 测盒）、脚踏开关和一次性使用微波消融针组成	通过			第12批

10548	C01050702100002152160000026	微波消融仪--一次性使用微波消融针	MS11-1603-10AG	MS11-1603-10AG	国械注准20243010871	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	本产品在医疗机构中使用，适用于肝脏肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。微波消融针适用范围见附页。	本产品由主机、射频连接电缆、一次性使用测温针、流量检测连接线、冷却组件（含蠕动泵、输液管和流量检 测盒）、脚踏开关和一次性使用微波消融针组成	通过			第12批

10549	C01050702100002152160000031	微波消融仪--一次性使用微波消融针	MS13-1605-16BG	MS13-1605-16BG	国械注准20243010871	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	本产品在医疗机构中使用，适用于肝脏肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。微波消融针适用范围见附页。	本产品由主机、射频连接电缆、一次性使用测温针、流量检测连接线、冷却组件（含蠕动泵、输液管和流量检 测盒）、脚踏开关和一次性使用微波消融针组成	通过			第12批

10550	C01050702100002152160000034	微波消融仪--一次性使用微波消融针	MS13-1905-18BG	MS13-1905-18BG	国械注准20243010871	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	本产品在医疗机构中使用，适用于肝脏肿瘤及甲状腺良性结节的消融治疗。微波消融针适用范围见附页。	本产品由主机、射频连接电缆、一次性使用测温针、流量检测连接线、冷却组件（含蠕动泵、输液管和流量检 测盒）、脚踏开关和一次性使用微波消融针组成	通过			第12批

10551	C01050702100002143870000027	一次性使用微波消融针	(1.6±0.2)mm*(130±30)mm	MAS-200A2-1	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10552	C01050702100002143870000028	一次性使用微波消融针	(1.4±0.2)mm*(100±20)mm	MAS-200A1-1	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10553	C01050702100002143870000029	一次性使用微波消融针	(1.6±0.2)mm*(130±30)mm	MAS-200A3-1	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10554	C01050702100002143870000035	一次性使用微波消融针	(1.6±0.2)mm*(176±30)mm	MAS-200A28	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10555	C01050702100002143870000036	一次性使用微波消融针	(2.0±0.2)mm*(193±50)mm	MAS-200A22	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10556	C01050702100002143870000038	一次性使用微波消融针	(1.6±0.2)mm*(159±30)mm	MAS-200A25	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10557	C01050702100002143870000040	一次性使用微波消融针	(1.6±0.2)mm*(189±30)mm	MAS-200A31	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10558	C01050702100002143870000043	一次性使用微波消融针	(1.6±0.2)mm*(169±30)mm	MAS-200A27	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10559	C01050702100002143870000045	一次性使用微波消融针	(2.0±0.2)mm*(199±50)mm	MAS-200A23	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10560	C01050702100002143870000055	一次性使用微波消融针	(2.0±0.2)mm*(183±30)mm	MAS-200A20	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10561	C01050702100002143870000057	一次性使用微波消融针	(1.6±0.2)mm*(199±50)mm	MAS-200A19	国械注准20233010455	丙类	021-电极类	否			是	320702003	肿瘤消融术	包括射频、微波、冷冻等实体肿瘤的消融技术。局部麻醉或全身麻醉，常规消毒铺巾，在超声、CT、磁共振、DSA等影像学引导下定位，消融针穿刺肿瘤，同时避开血管、减少正常脏器损伤。穿刺成功后连接消融机，根据肿瘤的位置和大小设置功率、消融时间，进行精准消融治疗。不含麻醉、	一次性消融针	一次性消融针	MAS-200A2、MAS-200A3、MAS-200A4、MAS-200A5、MAS-200A6、MAS-200A7、MAS-200A8、MAS-200A9与本公司微波消融仪(型号)MAS-100A1、MAS-100A3配套使用，适用于肝脏实体瘤的治疗。肝内单个肿瘤病灶应小于5公分，多发病灶应少于3个且每个小于3公分，病灶距肝门、胆囊、肠道应	该产品由针头、四氟衬套、针杆、手柄、测温线缆、输出线缆、冷媒管组成。	通过			第12批

10562	C01022302400004136000000003	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	11mm	ZLG-Ⅱ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ、ZLG-Ⅲ）、冲洗腔、注水腔、球囊、延长管（ZLG-Ⅲ）组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、	通过			第12批

10563	C01022302400004136000000007	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	7mm	ZLG-Ⅱ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ、ZLG-Ⅲ）、冲洗腔、注水腔、球囊、延长管（ZLG-Ⅲ）组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、	通过			第12批

10564	C01022302400004136000000009	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	7mm	ZLG-Ⅰ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ、ZLG-Ⅲ）、冲洗腔、注水腔、球囊、延长管（ZLG-Ⅲ）组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、	通过			第12批

10565	C01022302400004136000000010	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	11mm	ZLG-Ⅰ	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ、ZLG-Ⅲ）、冲洗腔、注水腔、球囊、延长管（ZLG-Ⅲ）组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、	通过			第12批

10566	C01022302400004136000000012	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	9mm	ZLG-III	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ、ZLG-Ⅲ）、冲洗腔、注水腔、球囊、延长管（ZLG-Ⅲ）组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、	通过			第12批

10567	C01022302400004136000000013	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	11mm	ZLG-III	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ、ZLG-Ⅲ）、冲洗腔、注水腔、球囊、延长管（ZLG-Ⅲ）组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、	通过			第12批

10568	C01022302400004136000000014	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	13mm	ZLG-III	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ、ZLG-Ⅲ）、冲洗腔、注水腔、球囊、延长管（ZLG-Ⅲ）组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、	通过			第12批

10569	C01022302400004136000000015	一次性使用阻断式造瘘球囊导管	15mm	ZLG-III	皖械注准20212140096	甲类	024-造瘘管类	否			是	331002009	胃肠造瘘术	包括胃或小肠切开置造瘘管	一次性造瘘管	一次性造瘘管	用于结直肠癌手术患者的预防性短期造瘘中引流肠内容物。	由导管、支撑钢丝（ZLG-Ⅰ、ZLG-Ⅲ）、冲洗腔、注水腔、球囊、延长管（ZLG-Ⅲ）组成。其中导管、冲洗腔、注水腔、球囊由PVC材料制成，支撑钢丝由不锈钢材料制成。按导管直径分为7mm、9mm、11mm、13mm、15mm五个规格，按球囊额定体积分为26ml、24ml、22ml、20ml、	通过			第12批

10570	C14171603400000114290000376	一次性使用鼻胃肠管	3.33mm(Fr10)-140cm/KT110142X	单腔型	苏械注准20192140066	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	用于经鼻向胃肠道引入营养液及胃肠减压	一次性使用鼻胃肠管由接头、管体或喂养管、导丝（含导丝接头）组成，管体可配导引头。接头、导引头采用医用聚氨酯材料制成；有显影线的管体或喂养管采用添加有硫酸钡的医用聚氨酯材料制成（可有涂层），无显影线的管体或喂养管采用医用聚氨酯材料制成（可有涂层）；导	通过			第12批

10571	C14171603400000114290000529	一次性使用鼻胃肠管	4.0mm(Fr12)-110cm/KT112112X	单腔型	苏械注准20192140066	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	用于经鼻向胃肠道引入营养液及胃肠减压	一次性使用鼻胃肠管由接头、管体或喂养管、导丝（含导丝接头）组成，管体可配导引头。接头、导引头采用医用聚氨酯材料制成；有显影线的管体或喂养管采用添加有硫酸钡的医用聚氨酯材料制成（可有涂层），无显影线的管体或喂养管采用医用聚氨酯材料制成（可有涂层）；导	通过			第12批

10572	C14171603400000114290000546	一次性使用鼻胃肠管	4.0mm(Fr12)-140cm/KT112142X	单腔型	苏械注准20192140066	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	用于经鼻向胃肠道引入营养液及胃肠减压	一次性使用鼻胃肠管由接头、管体或喂养管、导丝（含导丝接头）组成，管体可配导引头。接头、导引头采用医用聚氨酯材料制成；有显影线的管体或喂养管采用添加有硫酸钡的医用聚氨酯材料制成（可有涂层），无显影线的管体或喂养管采用医用聚氨酯材料制成（可有涂层）；导	通过			第12批

10573	C14171603400000114290000699	一次性使用鼻胃肠管	4.67mm(Fr14)-110cm/KT114112X	单腔型	苏械注准20192140066	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	用于经鼻向胃肠道引入营养液及胃肠减压	一次性使用鼻胃肠管由接头、管体或喂养管、导丝（含导丝接头）组成，管体可配导引头。接头、导引头采用医用聚氨酯材料制成；有显影线的管体或喂养管采用添加有硫酸钡的医用聚氨酯材料制成（可有涂层），无显影线的管体或喂养管采用医用聚氨酯材料制成（可有涂层）；导	通过			第12批
10574	C14240103400002104950000001	一次性使用胃管	14F*1230	14F*1230	粤械注准20212141065	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	供医护人员对患者进行肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液	由管体、尖端和连接件组成。	通过			第12批
10575	C14240103400002104950000002	一次性使用胃管	8F*750	8F*750	粤械注准20212141065	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	供医护人员对患者进行肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液	由管体、尖端和连接件组成。	通过			第12批
10576	C14240103400002104950000003	一次性使用胃管	20F*1230	20F*1230	粤械注准20212141065	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	供医护人员对患者进行肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液	由管体、尖端和连接件组成。	通过			第12批

10577	C14240103400002104950000004	一次性使用胃管	12F*1200	12F*1200	粤械注准20212141065	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	供医护人员对患者进行肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液	由管体、尖端和连接件组成。	通过			第12批
10578	C14240103400002104950000005	一次性使用胃管	16F*1230	16F*1230	粤械注准20212141065	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	供医护人员对患者进行肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液	由管体、尖端和连接件组成。	通过			第12批
10579	C14240103400002104950000006	一次性使用胃管	18F*1230	18F*1230	粤械注准20212141065	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	供医护人员对患者进行肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液	由管体、尖端和连接件组成。	通过			第12批
10580	C14240103400002104950000007	一次性使用胃管	10F*750	10F*750	粤械注准20212141065	甲类	034-插管类	否			是	120800001	鼻饲管置管	含胃肠营养滴入；包括置胃管	药物和一性胃肠管	一性胃肠管	供医护人员对患者进行肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液	由管体、尖端和连接件组成。	通过			第12批
10581	C17010221604000001510000010	创口成膜敷料	5ml/瓶	5ml/瓶	渝械注准20242140349	丙类	216-敷料类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢行创面及周围皮肤的护理。	创口成膜敷料由聚甲丙烯酸铵酯I、甘油、吐温-80、柠檬酸三乙酯、乙醇、纯化水组成，采用聚乙烯塑料喷瓶灌装。产品经辐照灭	通过			第12批

10582	C17010221604000001510000011	创口成膜敷料	10ml/瓶	10ml/瓶	渝械注准20242140349	丙类	216-敷料类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢行创面及周围皮肤的护理。	创口成膜敷料由聚甲丙烯酸铵酯I、甘油、吐温-80、柠檬酸三乙酯、乙醇、纯化水组成，采用聚乙烯塑料喷瓶灌装。产品经辐照灭	通过			第12批
10583	C17010221604000001510000012	创口成膜敷料	15ml/瓶	15ml/瓶	渝械注准20242140349	丙类	216-敷料类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢行创面及周围皮肤的护理。	创口成膜敷料由聚甲丙烯酸铵酯I、甘油、吐温-80、柠檬酸三乙酯、乙醇、纯化水组成，采用聚乙烯塑料喷瓶灌装。产品经辐照灭	通过			第12批
10584	C17010221604000001510000013	创口成膜敷料	20ml/瓶	20ml/瓶	渝械注准20242140349	丙类	216-敷料类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢行创面及周围皮肤的护理。	创口成膜敷料由聚甲丙烯酸铵酯I、甘油、吐温-80、柠檬酸三乙酯、乙醇、纯化水组成，采用聚乙烯塑料喷瓶灌装。产品经辐照灭	通过			第12批
10585	C17010221604000001510000014	创口成膜敷料	30ml/瓶	30ml/瓶	渝械注准20242140349	丙类	216-敷料类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于小创口、擦伤、切割伤等非慢行创面及周围皮肤的护理。	创口成膜敷料由聚甲丙烯酸铵酯I、甘油、吐温-80、柠檬酸三乙酯、乙醇、纯化水组成，采用聚乙烯塑料喷瓶灌装。产品经辐照灭	通过			第12批

10586	C14130219300000077310000002	防漏膏	/	183910	国械备20190264号	丙类	193-造口护理辅助材料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于造口护理和造口周围皮肤护理。	本产品为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。	通过			第12批
10587	C17010521601000107930000002	海藻生物胶	30mL/瓶	30mL/瓶	吉械注准20232140562	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	本品适用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的扩理，通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，减少渗出，缓和刺激，为伤口愈合提供湿润环	本产品由褐藻胶寡糖、氯化钠、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠组成	通过			第12批
10588	C17010221604000113930000001	皮肤修复液	30ml/瓶（皮肤）	30ml/瓶（皮肤）	吉械注准20192140101	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	适用于皮肤瘙痒、脱皮、红斑症状；在皮肤表面形成保护层，保湿、修复皮肤屏障。	皮肤修复液由卡波姆溶液和喷瓶组成。	通过			第12批

10589	C17010221604000121000000032	伤口护理软膏	8g/支	/	晋械注准20232140023	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	本产品通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。	本产品由水、甘油、低聚麦芽糖、卡波姆和尼泊金甲酯（防腐剂）混合制成的软膏。本产品为非无菌提供。	通过			第12批
10590	C17010221604000121000000039	伤口护理软膏	30g/支	/	晋械注准20232140023	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	本产品通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。	本产品由水、甘油、低聚麦芽糖、卡波姆和尼泊金甲酯（防腐剂）混合制成的软膏。本产品为非无菌提供。	通过			第12批
10591	C17010221604000189700000057	透明质酸钠生物胶	NO-20E-3	NO	辽械注准20232140057	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	适用于手术后缝合创面、机械创伤、浅表性创面、小创口（含清创创口）、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面的护理，为创面愈合提供微环境。也可用于对穿刺器械（如导管）的穿	本品由独立封装的透明质酸钠、溶液和无纺布材料的膜材组成，溶液由甘油、纯化水组成。无菌提供。	通过			第12批

10592	C17010821601000096400000010	透明质酸修护生物敷料	50g	R型	琼械注准20222140057	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸换肤术等非慢性创面的护理。	本品由透明质酸钠、纯化水及甘油、苯甲酸钠、苯氧乙醇等辅料组成。	通过			第12批
10593	C17010821601000189700000023	氧化透明质酸钠体表创面敷贴	MNO-20A-1	MNO	辽械注准20252140027	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	适用于手术后缝合创面、机械创伤、浅表性创面、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面的护理，为创面愈合提供微	本品由独立封装的氧化透明质酸钠、溶液和无纺布材料的膜材组成，其中氧化透明质酸钠为透明质酸钠经工艺修饰制备的可快速溶解的透明质酸钠粉末，溶液由甘油、纯化水组成。无菌提供	通过			第12批
10594	C17010221606000113930000006	医用皮肤修复护理膜	15g/支	15g/支	吉械注准20212140105	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	在皮肤表面形成保护层，保湿、修复皮肤屏障；改善痤疮、皮炎、湿疹、敏感性皮肤引起的干燥脱屑、红斑、瘙痒症状。	医用皮肤修护护理膜由乳膏和容器组成，乳膏由卡波姆、乙二胺四乙酸二钠、尼泊金丙酯钠、三乙醇胺、III型胶原蛋白、矫味剂、纯化水	通过			第12批

10595	C17010221601000113930000001	医用湿性修复功能敷料	20ml/瓶	20ml/瓶	吉械注准20212140107	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	在皮肤表面形成保护层，保湿、修复皮肤屏障；改善痤疮、皮炎、湿疹、敏感性皮肤引起的干燥脱屑、红斑、瘙痒症状。	医用湿性修复功能敷料由湿性修复液、容器组成。湿性修复液主要由卡波姆、乙二胺四乙酸二钠、尼泊金丙酯钠、三乙醇胺、Ⅲ型胶原蛋白、矫味剂、纯化	通过			第12批
10596	C17010221604000015220000013	医用透明质酸钠修护生物膜	80g/支	80g	滇械注准20252140030	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术以及激素依赖性皮炎、湿疹引起的非慢性创面，敏感性皮肤上的非慢性创面的护理。	产品由纯化水、透明质酸钠、葡聚糖、甘油、凡士林、辛酸/癸酸甘油三酯、1,2-戊二醇、蔗糖硬脂酸酯、二甲硅油、甘油硬脂酸酯、卡波姆、对羟基苯乙酮、黄原胶、氢氧化钠组成。产品为非无菌形式提供。所含成分不具有药理学作用，	通过			第12批

10597	C17010221604000015220000014	医用透明质酸钠修护生物膜	50g/支	50g	滇械注准20252140030	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术以及激素依赖性皮炎、湿疹引起的非慢性创面，敏感性皮肤上的非慢性创面的护理。	产品由纯化水、透明质酸钠、葡聚糖、甘油、凡士林、辛酸/癸酸甘油三酯、1,2-戊二醇、蔗糖硬脂酸酯、二甲硅油、甘油硬脂酸酯、卡波姆、对羟基苯乙酮、黄原胶、氢氧化钠组成。产品为非无菌形式提供。所含成分不具有药理学作用，	通过			第12批
10598	C17010221604000015220000012	医用透明质酸钠修护贴敷料	6贴/盒，25g/贴	椭圆形	滇械注准20252140032	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	适用于面部激光、光子嫩肤、微晶磨削、果酸活肤术以及激素依赖性皮炎、湿疹引起的非慢性创面、敏感性皮肤上的非慢性创面的护理。	产品由纯化水、透明质酸钠、葡聚糖、甘油、1,2-戊二醇、甘油聚醚-26、丁二醇、二甲硅油、对羟基苯乙酮、卡波姆、氢氧化钠、无纺布组成。产品非无菌形式提供。所含成分不具有药理学作用，不可被人体吸	通过			第12批

10599	C17010821605000149890000258	医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白修护液	35ml/瓶	无菌型	湘械注准20222141211	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、穿刺器械的穿刺部位、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。预防疤痕形	产品由重组Ⅲ型人源化胶原蛋白、D-(+)-海藻糖二水合物、甘油、丁二醇、纯化水和塑料管（或塑料瓶、玻璃瓶、铝瓶、铝塑膜袋）组成，无菌型产品经辐照/湿热灭菌，无菌供应。	通过			第12批
10600	C14130319300000077310000019	造口皮肤保护剂	/	025510	国械备20191366号	丙类	193-造口护理辅助材料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于造口护理和造口周围皮肤护理。	该产品为回肠、结肠、直肠和尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。	通过			第12批
10601	C14130219300000077310000018	造口皮肤保护剂	423282	423282	国械备20210611号	丙类	193-造口护理辅助材料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	医用伤口护理膜	用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理	本产品回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械，产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供	通过			第12批

10602	C17010821605000177200000005	重组III型人源化胶原蛋白敷贴	30g×5贴	圆形	湘械注准20222141480	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	产品通过在皮肤表面形成保护层，起保湿和物理屏障作用，为创面提供适宜的湿性愈合环境，促进创面愈合。用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后引起的非慢性创面的修护及周	本品由胶原蛋白修护液和无纺布组成。胶原蛋白修护液由重组III型人源化胶原蛋白、甘油、防腐剂（尼泊金甲酯、尼泊金乙酯）、纯化水组成。产品经辐照灭菌，无菌供应。	通过			第12批
10603	C17010821605000177200000025	重组III型人源化胶原蛋白敷贴	30g/贴	圆形	湘械注准20222141480	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	医用伤口护理膜	产品通过在皮肤表面形成保护层，起保湿和物理屏障作用，为创面提供适宜的湿性愈合环境，促进创面愈合。用于小创口、擦伤、切割伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后引起的非慢性创面的修护及周	本品由胶原蛋白修护液和无纺布组成。胶原蛋白修护液由重组III型人源化胶原蛋白、甘油、防腐剂（尼泊金甲酯、尼泊金乙酯）、纯化水组成。产品经辐照灭菌，无菌供应。	通过			第12批

10604	C17040122100002087560000005	医用射线防护喷剂	A瓶：25000（U/瓶），B瓶：25ml/瓶	A瓶：25000（U/瓶），B瓶：25ml/瓶	鲁械注准20242060340	甲类	221-射线防护类	否			是	24	(四)放射治疗		医用射线防护喷剂	医用射线防护喷剂	预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体皮肤、粘膜组织造成的损伤。	医用射线防护喷剂成分为超氧化物歧化酶及其稳定剂（海藻糖），以冻干粉形式存在于加盖的棕色塑料瓶（A瓶）中，其他辅料（姜黄素、山梨醇、山梨酸钾、芳香剂（玫瑰香精））以水溶液形式存在于加盖的棕色塑料瓶（B瓶）中，喷雾泵单独包装。产品以非无菌	通过		限放射治疗防护使用	第12批

10605	C17040122100002087560000006	医用射线防护喷剂	A瓶：30000（U/瓶），B瓶：30ml/瓶	A瓶：30000（U/瓶），B瓶：30ml/瓶	鲁械注准20242060340	甲类	221-射线防护类	否			是	24	(四)放射治疗		医用射线防护喷剂	医用射线防护喷剂	预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体皮肤、粘膜组织造成的损伤。	医用射线防护喷剂成分为超氧化物歧化酶及其稳定剂（海藻糖），以冻干粉形式存在于加盖的棕色塑料瓶（A瓶）中，其他辅料（姜黄素、山梨醇、山梨酸钾、芳香剂（玫瑰香精））以水溶液形式存在于加盖的棕色塑料瓶（B瓶）中，喷雾泵单独包装。产品以非无菌	通过		限放射治疗防护使用	第12批

10606	C14020226700014054570000005	医用吸氧面罩	FM-N-AL	FM-N-AL	内包械备20170001号	丙类	267-吸氧面罩类	否			是	ABJA0001	氧气吸入	评估患者缺氧情况，病情等，核对医嘱及患者信息，解释吸氧目的，湿化瓶备蒸馏水，根据需要选择吸氧管或面罩，将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋，检查导管通畅，取适当体位，检查鼻腔通畅，清洁湿润鼻腔，调节氧流量，固定吸氧装置，处理用物。定时观察患者病情	″一次性鼻导管、鼻塞、面罩″	医用吸氧面罩	用于对缺氧患者进行输氧，作为氧气进入患者体内的通道。	本产品由不同型号的面罩、接头、可调氧流量接头、输氧管、铝片、松紧带组成，各规格面罩、输氧管采用聚氯乙烯(PVC)制成；接头采用聚丙烯(PP)制成；可调氧流量接头采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)和聚碳酸酯(PC)制成；铝片采用金属铝制成，松紧带采用针织物制成。非	通过			第12批

10607	C16020103202004086100000022	一次性使用注射笔用针头	0.25mm(31G)×5mm	QPN	国械注准20223140645	丙类	032-注射针类	否			是	HDE48101	胰岛素皮下注射	核对医嘱及患者信息，检查注射器及药物，用无菌注射器配制药物，取适当体位，选择并确定注射部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，再次核对患者信息，将药物注入皮下组织并核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，用药后观察用药反应，做好健康教育及心理护	胰岛素注射针头	胰岛素注射针头	本产品与注射笔配套用于药物皮下注射。	产品由密封贴膜、外护套、针座、内护套和针管组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

10608	C16020103202004086100000029	一次性使用注射笔用针头	0.23mm(32G)×4mm	QPN	国械注准20223140645	丙类	032-注射针类	否			是	HDE48101	胰岛素皮下注射	核对医嘱及患者信息，检查注射器及药物，用无菌注射器配制药物，取适当体位，选择并确定注射部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，再次核对患者信息，将药物注入皮下组织并核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，用药后观察用药反应，做好健康教育及心理护	胰岛素注射针头	胰岛素注射针头	本产品与注射笔配套用于药物皮下注射。	产品由密封贴膜、外护套、针座、内护套和针管组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批
10609	C07060114402003011310000008	定制式活动义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第12批

10610	C07060114402003011310000056	定制式活动义齿	株式会社松风	/	渝械注准20182170060	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。	全口义齿由人工牙和基托组成。可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第12批
10611	C07060114402001143940000008	定制式活动义齿	山东沪鸽口腔医疗集团有限公司	/	渝械注准20202170044	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的修复。	全口义齿一般由人工牙齿和基托组成；局部义齿一般由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第12批
10612	C07060114402001143940000021	定制式活动义齿	德国维他公司	/	渝械注准20202170044	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的修复。	全口义齿一般由人工牙齿和基托组成；局部义齿一般由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第12批
10613	C07060114402001143940000044	定制式活动义齿	常熟尚齿齿科材料有限公司	/	渝械注准20202170044	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的修复。	全口义齿一般由人工牙齿和基托组成；局部义齿一般由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第12批

10614	C07060114402003143940000046	定制式活动义齿	日进齿科材料（昆山）有限公司	/	渝械注准20202170044	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材	义齿	适用于牙列缺损、牙列缺失的修复。	全口义齿一般由人工牙齿和基托组成；局部义齿一般由固位体、连接体、人工牙和基托组成。	通过			第12批
10615	C07020813700003020840000005	定制式牙科种植用导板	透明树脂导板(数字化)	JMZZ-DC	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10616	C07020813700003020840000006	定制式牙科种植用导板	透明树脂导板(数字化)全口	JMZZ-DC	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10617	C07020813700003020840000008	定制式牙科种植用导板	CT/X线拍摄导板(传统)全口	JMZZ-DC	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10618	C07020813700003020840000012	定制式牙科种植用导板	JMZZ-DD(3D打印固位钉支持式种植导板)	JMZZ-DD(3D打印固位钉支持式种植导板)	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10619	C07020813700004020840000016	定制式牙科种植用导板	种植外科截骨导板（牙支持式）	JMZZ-DC	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10620	C07020813700004020840000017	定制式牙科种植用导板	种植修复体导板	JMZZ-DD	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10621	C07020813700004020840000019	定制式牙科种植用导板	种植外科截骨导板(固位钉固位)	JMZZ-DD	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10622	C07020813700004020840000021	定制式牙科种植用导板	定制式牙科种植用导板(牙支持式)	JMZZ-DC	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10623	C07020813700004020840000022	定制式牙科种植用导板	种植外科定位导板	JMZZ-DD	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10624	C07020813700004020840000023	定制式牙科种植用导板	定制式牙科种植用导板(固位钉固位)	JMZZ-DD	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10625	C07020813700004020840000024	定制式牙科种植用导板	定制式牙科种植用导板植体孔	附件	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10626	C07020813700004020840000025	定制式牙科种植用导板	JMZZ-DC	JMZZ-DC	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10627	C07020813700004020840000026	定制式牙科种植用导板	JMZZ-DD	JMZZ-DD	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批

10628	C07020813700004020840000027	定制式牙科种植用导板	JMZZ-DD(3D打印固位钉支持式种植导板)	JMZZ-DD(3D打印固位钉支持式种植导板)	渝械注准20212170066	丙类	137-种植体类	否			是	310523003	种植过渡义齿	含技工室制作、临床试戴	义齿修复材料、进口软衬材料	义齿修复材料	用于牙科种植手术中辅助安装种植体。	3D打印牙支持式种植导板（JMZZ-DC）：该类牙科种植导板由基板和（或）手术导环组成，基板由树脂材料经3D打印加工工艺生产而成，导环由纯钛金属材料经CAD/CAM加工工艺生产而成。3D打印固位钉支持式种植导板（JMZZ-DD）：该类牙科种植导板由基板、固位导环和（或）手术导环组	通过			第12批
10629	C01060303501001084380000016	一次性使用引流导管及附件	YLZ0615A	YLZ0615A	国械注准20223140989	丙类	035-引流装置类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流导管	在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流；经胸、腹腔手术后需置引流管引流的患者。	产品由引流导管、扩张管、导引导丝、注射器、破皮刀、一次性使用连接管、蝶形夹、穿刺针、蓝空针、肝素帽组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用	不通过	与除外内容不一致，除外内容是引流导管，而非引流导管套件，该组成包含引流导管、扩张管、导引导丝等多种。		第12批

10630	C14171101000000023870000001	通气引流管	高度3.86mm±5%外径3.60mm±5%内径1.10mm±5%	103400	国械注进20163132703	丙类	010-管路类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品用于引流分泌物（中耳渗出物）及通气和平衡中耳压力，以减缓咽鼓管所受压力。适用于鼓膜渗出物（中耳炎分泌物-胶耳）和慢性通气	本产品由医用硅橡胶制成，产品经伽马射线灭菌，一次性使用。	通过			第12批
10631	C14170303501004201760000001	一次性冲洗引流管	YNM-YL-Ⅱ	YNM-YL-Ⅱ	湘械注准20192140870	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与公司生产的YNM型脉冲冲洗仪，负压吸引器配套使用，主要适用于手术室，急诊室等科室对骨及软组织、开放性损伤创面的冲洗及引流	采用医用聚乙烯塑料和不锈钢制成:由喷头(医用聚氯乙烯塑料和不锈钢)、鲁尔接头、泵管、变径接头、三通接头、管夹、穿刺针组成。	通过		限手术病人	第12批
10632	C14170303501004201760000002	一次性冲洗引流管	YNM-YL-Ⅲ	YNM-YL-Ⅲ	湘械注准20192140870	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与公司生产的YNM型脉冲冲洗仪，负压吸引器配套使用，主要适用于手术室，急诊室等科室对骨及软组织、开放性损伤创面的冲洗及引流	采用医用聚乙烯塑料和不锈钢制成:由喷头(医用聚氯乙烯塑料和不锈钢)、鲁尔接头、泵管、变径接头、三通接头、管夹、穿刺针组成。	通过		限手术病人	第12批

10633	C14170303501004201760000003	一次性冲洗引流管	YNM-YL-Ⅰ	YNM-YL-Ⅰ	湘械注准20192140870	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与公司生产的YNM型脉冲冲洗仪，负压吸引器配套使用，主要适用于手术室，急诊室等科室对骨及软组织、开放性损伤创面的冲洗及引流	采用医用聚乙烯塑料和不锈钢制成:由喷头(医用聚氯乙烯塑料和不锈钢)、鲁尔接头、泵管、变径接头、三通接头、管夹、穿刺针组成。	通过		限手术病人	第12批
10634	C01031403900000137810000001	一次性使用冲洗吸引器	SRDSIS-B-10	SRDSIS-B	苏械注准20212020076	丙类	039-冲洗器类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液	一次性使用冲洗吸引器按外形分为A型和B型两种。A型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头、分流通、吸液接头、吸液管、排渣旋钮组成。B型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头	通过			第12批

10635	C01031403900000137810000002	一次性使用冲洗吸引器	SRDSIS-B-3	SRDSIS-B	苏械注准20212020076	丙类	039-冲洗器类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液	一次性使用冲洗吸引器按外形分为A型和B型两种。A型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头、分流通、吸液接头、吸液管、排渣旋钮组成。B型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头	通过			第12批

10636	C01031403900000137810000003	一次性使用冲洗吸引器	SRDSIS-A-5	SRDSIS-A	苏械注准20212020076	丙类	039-冲洗器类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液	一次性使用冲洗吸引器按外形分为A型和B型两种。A型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头、分流通、吸液接头、吸液管、排渣旋钮组成。B型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头	通过			第12批

10637	C01031403900000137810000004	一次性使用冲洗吸引器	SRDSIS-A-3	SRDSIS-A	苏械注准20212020076	丙类	039-冲洗器类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液	一次性使用冲洗吸引器按外形分为A型和B型两种。A型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头、分流通、吸液接头、吸液管、排渣旋钮组成。B型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头	通过			第12批

10638	C01031403900000137810000005	一次性使用冲洗吸引器	SRDSIS-B-5	SRDSIS-B	苏械注准20212020076	丙类	039-冲洗器类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液	一次性使用冲洗吸引器按外形分为A型和B型两种。A型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头、分流通、吸液接头、吸液管、排渣旋钮组成。B型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头	通过			第12批

10639	C01031403900000137810000006	一次性使用冲洗吸引器	SRDSIS-A-10	SRDSIS-A	苏械注准20212020076	丙类	039-冲洗器类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液	一次性使用冲洗吸引器按外形分为A型和B型两种。A型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头、分流通、吸液接头、吸液管、排渣旋钮组成。B型冲洗吸引器由保护罩、冲吸长管、吸液按钮、冲液按钮、主体、冲液管、冲液管卡扣、冲液接头	通过			第12批

10640	C14171101000000083910000004	一次性使用多功能引流管	S8B	S8B	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10641	C14171101000000083910000009	一次性使用多功能引流管	S3A	S3A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10642	C14171101000000083910000010	一次性使用多功能引流管	M10A	M10A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10643	C14171101000000083910000011	一次性使用多功能引流管	S14A	S14A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10644	C14171101000000083910000013	一次性使用多功能引流管	S12C	S12C	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10645	C14171101000000083910000014	一次性使用多功能引流管	S4A	S4A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10646	C14171101000000083910000016	一次性使用多功能引流管	S5B	S5B	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10647	C14171101000000083910000017	一次性使用多功能引流管	S8C	S8C	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10648	C14171101000000083910000018	一次性使用多功能引流管	S6B	S6B	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10649	C14171101000000083910000021	一次性使用多功能引流管	S6A	S6A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10650	C14171101000000083910000023	一次性使用多功能引流管	S10A	S10A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10651	C14171101000000083910000025	一次性使用多功能引流管	M10C	M10C	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10652	C14171101000000083910000028	一次性使用多功能引流管	M8A	M8A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10653	C14171101000000083910000029	一次性使用多功能引流管	S10C	S10C	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10654	C14171101000000083910000032	一次性使用多功能引流管	M5A	M5A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10655	C14171101000000083910000033	一次性使用多功能引流管	M4A	M4A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10656	C14171101000000083910000034	一次性使用多功能引流管	M6A	M6A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10657	C14171101000000083910000037	一次性使用多功能引流管	S8A	S8A	粤械注准20162140420	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由引流管外管、引流管内管、连接头、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、连接管、连接管Ⅱ、止液夹、穿孔针、护套、拔针器和尾座组成(引流管内管、连接管、连接管Ⅱ、连接头、止液夹、空气过滤器、水座连接管、水座、药座连接管、药座、穿孔针、护套、拔针器等为	通过			第12批

10658	C01060303501003083910000004	一次性使用多腔道引流导管	XB10	XB10	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10659	C01060303501003083910000005	一次性使用多腔道引流导管	XB8	XB8	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10660	C01060303501003083910000006	一次性使用多腔道引流导管	XB6	XB6	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10661	C01060303501003083910000007	一次性使用多腔道引流导管	XB5	XB5	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10662	C01060303501003083910000009	一次性使用多腔道引流导管	XB3	XB3	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10663	C01060303501003083910000010	一次性使用多腔道引流导管	XC10	XC10	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10664	C01060303501003083910000011	一次性使用多腔道引流导管	XC8	XC8	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10665	C01060303501003083910000012	一次性使用多腔道引流导管	XC6	XC6	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10666	C01060303501003083910000013	一次性使用多腔道引流导管	XC5	XC5	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10667	C01060303501003083910000014	一次性使用多腔道引流导管	XC4	XC4	粤械注准20252140374	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	用于外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗	由引流导管(由引流管外管、连接头、引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、止液夹、水座、药座组成)、套管针、空气过滤器组配而成，其中引流管内管、连接头上盖、连接头下盖、连接管、尾座、水座、药座、套管针、空气过滤器为可选配件。引流管的材质为硅橡胶材料，	通过			第12批

10668	C14171400000000127400000036	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-40-450-0	LL-XYDGZ-40-450-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10669	C14171400000000127400000037	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-47-360-1	LL-XYDGZ-47-360-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10670	C14171400000000127400000038	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-60-450-1	LL-XYDGZ-60-450-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10671	C14171400000000127400000039	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-47-300-1	LL-XYDGZ-47-300-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10672	C14171400000000127400000040	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-47-360-0	LL-XYDGZ-47-360-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10673	C14171400000000127400000041	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-40-360-0	LL-XYDGZ-40-360-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10674	C14171400000000127400000042	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-47-210-1	LL-XYDGZ-47-210-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10675	C14171400000000127400000043	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-47-300-0	LL-XYDGZ-47-300-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10676	C14171400000000127400000044	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-47-210-0	LL-XYDGZ-47-210-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10677	C14171400000000127400000045	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-60-450-0	LL-XYDGZ-60-450-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10678	C14171400000000127400000046	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGW-40-300-1	LL-XYDGW-40-300-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10679	C14171400000000127400000047	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-60-360-1	LL-XYDGZ-60-360-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10680	C14171400000000127400000048	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-40-300-0	LL-XYDGZ-40-300-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10681	C14171400000000127400000049	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-60-300-0	LL-XYDGZ-60-300-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10682	C14171400000000127400000050	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-60-360-0	LL-XYDGZ-60-360-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10683	C14171400000000127400000051	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-47-450-0	LL-XYDGZ-47-450-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10684	C14171400000000127400000052	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-60-210-0	LL-XYDGZ-60-210-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10685	C14171400000000127400000053	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGW-47-300-1	LL-XYDGW-47-300-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10686	C14171400000000127400000054	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-60-300-1	LL-XYDGZ-60-300-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10687	C14171400000000127400000055	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-40-210-0	LL-XYDGZ-40-210-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10688	C14171400000000127400000056	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGW-47-300-0	LL-XYDGW-47-300-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10689	C14171400000000127400000057	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-40-300-1	LL-XYDGZ-40-300-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10690	C14171400000000127400000058	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-40-450-1	LL-XYDGZ-40-450-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10691	C14171400000000127400000059	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-40-210-1	LL-XYDGZ-40-210-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10692	C14171400000000127400000060	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGW-40-300-0	LL-XYDGW-40-300-0	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10693	C14171400000000127400000061	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-60-210-1	LL-XYDGZ-60-210-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10694	C14171400000000127400000062	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGW-60-300-O	LL-XYDGW-60-300-O	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10695	C14171400000000127400000063	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-40-360-1	LL-XYDGZ-40-360-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10696	C14171400000000127400000064	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGW-60-300-1	LL-XYDGW-60-300-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批
10697	C14171400000000127400000065	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管	LL-XYDGZ-47-450-1	LL-XYDGZ-47-450-1	滇械注准20232020036	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供临床手术中吸引手术残液。	一次性使用蜂窝孔防误吸引流导管直管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。弯管型产品主要由PC蜂窝吸引头、PC吸引管、PC手柄、PE负压调节阀及PVC吸引连接管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次	通过			第12批

10698	C04071403500001054840000023	一次性使用脑科引流管	HW-NS0802	HW-NS0802	鲁械注准20182140455	丙类	035-引流装置类	否			是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	引流管	适用于神经外科手术后或治疗过程中持续引流。	持续腰椎引流型由脑科引流管（Fr4）、连接器、导丝（1#）、经皮穿刺针、颅脑外引流收集装置（引流管路＋滴壶＋引流袋）、颅内压刻度尺（可选配）组成；脑室外引流型由脑科引流管（Fr6-Fr24）、连接器、导丝（2#、3#）、引导针、颅脑外引流收集装置（引流管路＋滴	通过			第12批

10699	C04071403500001054840000035	一次性使用脑科引流管	HW-NS1403	HW-NS1403	鲁械注准20182140455	丙类	035-引流装置类	否			是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	引流管	适用于神经外科手术后或治疗过程中持续引流。	持续腰椎引流型由脑科引流管（Fr4）、连接器、导丝（1#）、经皮穿刺针、颅脑外引流收集装置（引流管路＋滴壶＋引流袋）、颅内压刻度尺（可选配）组成；脑室外引流型由脑科引流管（Fr6-Fr24）、连接器、导丝（2#、3#）、引导针、颅脑外引流收集装置（引流管路＋滴	通过			第12批

10700	C04071403500001054840000041	一次性使用脑科引流管	HW-NS1003	HW-NS1003	鲁械注准20182140455	丙类	035-引流装置类	否			是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	引流管	适用于神经外科手术后或治疗过程中持续引流。	持续腰椎引流型由脑科引流管（Fr4）、连接器、导丝（1#）、经皮穿刺针、颅脑外引流收集装置（引流管路＋滴壶＋引流袋）、颅内压刻度尺（可选配）组成；脑室外引流型由脑科引流管（Fr6-Fr24）、连接器、导丝（2#、3#）、引导针、颅脑外引流收集装置（引流管路＋滴	通过			第12批

10701	C04071403500001054840000058	一次性使用脑科引流管	HW-NS1203	HW-NS1203	鲁械注准20182140455	丙类	035-引流装置类	否			是	330201059	立体定向颅内肿物清除术	包括血肿、脓肿、肿瘤、取活检、取异物	引流管	引流管	适用于神经外科手术后或治疗过程中持续引流。	持续腰椎引流型由脑科引流管（Fr4）、连接器、导丝（1#）、经皮穿刺针、颅脑外引流收集装置（引流管路＋滴壶＋引流袋）、颅内压刻度尺（可选配）组成；脑室外引流型由脑科引流管（Fr6-Fr24）、连接器、导丝（2#、3#）、引导针、颅脑外引流收集装置（引流管路＋滴	通过			第12批
10702	C14171503500000014630000011	一次性使用手术引流装置	24110	24110	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批

10703	C14171503500000014630000012	一次性使用手术引流装置	24114	24114	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批
10704	C14171503500000014630000018	一次性使用手术引流装置	14226	14226	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批

10705	C14171503500000014630000021	一次性使用手术引流装置	24230	24230	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批
10706	C14171503500000014630000026	一次性使用手术引流装置	24126	24126	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批

10707	C14171503500000014630000029	一次性使用手术引流装置	14214	14214	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批
10708	C14171503500000014630000033	一次性使用手术引流装置	14128	14128	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批

10709	C14171503500000014630000040	一次性使用手术引流装置	10000	10000	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批
10710	C14171503500000014630000041	一次性使用手术引流装置	24124	24124	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批

10711	C14171503500000014630000045	一次性使用手术引流装置	14115	14115	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批
10712	C14171503500000014630000047	一次性使用手术引流装置	14110	14110	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批

10713	C14171503500000014630000052	一次性使用手术引流装置	24115	24115	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批
10714	C14171503500000014630000060	一次性使用手术引流装置	24210	24210	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批

10715	C14171503500000014630000073	一次性使用手术引流装置	24112	24112	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批
10716	C14171503500000014630000081	一次性使用手术引流装置	24214	24214	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批

10717	C14171503500000014630000083	一次性使用手术引流装置	14210	14210	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批
10718	C14171503500000014630000084	一次性使用手术引流装置	14114	14114	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭	通过			第12批

10719	C14171503500000014630000089	一次性使用手术引流装置	14124	14124	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批
10720	C14171503500000014630000099	一次性使用手术引流装置	14126	14126	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批

10721	C14171503500000014630000113	一次性使用手术引流装置	14112	14112	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批
10722	C14171503500000014630000137	一次性使用手术引流装置	14230	14230	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批

10723	C14171503500000014630000146	一次性使用手术引流装置	24119	24119	湘械注准20212141457	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用手术引流装置由引流管、负压球、收集袋、导引针、塔型鲁尔护帽接头、鲁尔三通旋塞及硅胶连接管组配而成；其中引流管型号分为十字引流管、圆形引流管、扁平引流管、双腔引流管。产品经环氧乙烷灭菌，无菌	通过			第12批
10724	C14170103503007083910000003	一次性使用体腔引流管路装置	BDS-6-Ⅰ	BDS-6-Ⅰ	粤械注准20202140204	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	适用于意外创伤、外科手术后及病原体导致的体腔气、液体引流。	由引流管、置管器、引流器、手术刀、手泵和固定器组件组成。其中置管器、手术刀、固定器、引流器、手泵应为可选组件。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批
10725	C14170103503007083910000019	一次性使用体腔引流管路装置	BDS-10-Ⅳ	BDS-10-Ⅳ	粤械注准20202140204	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	适用于意外创伤、外科手术后及病原体导致的体腔气、液体引流。	由引流管、置管器、引流器、手术刀、手泵和固定器组件组成。其中置管器、手术刀、固定器、引流器、手泵应为可选组件。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批

10726	C14170103503007083910000020	一次性使用体腔引流管路装置	BDS-8-Ⅳ	BDS-8-Ⅳ	粤械注准20202140204	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	适用于意外创伤、外科手术后及病原体导致的体腔气、液体引流。	由引流管、置管器、引流器、手术刀、手泵和固定器组件组成。其中置管器、手术刀、固定器、引流器、手泵应为可选组件。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批
10727	C14170103503007083910000021	一次性使用体腔引流管路装置	BDS-6-Ⅳ	BDS-6-Ⅳ	粤械注准20202140204	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	适用于意外创伤、外科手术后及病原体导致的体腔气、液体引流。	由引流管、置管器、引流器、手术刀、手泵和固定器组件组成。其中置管器、手术刀、固定器、引流器、手泵为可选组件。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批
10728	C14171400000000127400000004	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-18	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10729	C14171400000000127400000005	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-24	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10730	C14171400000000127400000006	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-28	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10731	C14171400000000127400000007	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-32	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10732	C14171400000000127400000008	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-12	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10733	C14171400000000127400000009	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-16	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10734	C14171400000000127400000010	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-10	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10735	C14171400000000127400000011	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-22	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10736	C14171400000000127400000012	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-18	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10737	C14171400000000127400000013	一次性使用引流导管	B型	LL-YLDGB-08	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10738	C14171400000000127400000014	一次性使用引流导管	C型	LL-YLDGC-08	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10739	C14171400000000127400000015	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-12	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10740	C14171400000000127400000016	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-08	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10741	C14171400000000127400000017	一次性使用引流导管	B型	LL-YLDGB-12	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10742	C14171400000000127400000018	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-20	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10743	C14171400000000127400000019	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-16	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10744	C14171400000000127400000020	一次性使用引流导管	C型	LL-YLDGC-10	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10745	C14171400000000127400000021	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-36	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10746	C14171400000000127400000022	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-14	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10747	C14171400000000127400000023	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-28	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10748	C14171400000000127400000024	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-26	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10749	C14171400000000127400000025	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-20	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10750	C14171400000000127400000026	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-08	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10751	C14171400000000127400000027	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-24	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10752	C14171400000000127400000028	一次性使用引流导管	B型	LL-YLDGB-18	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10753	C14171400000000127400000029	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-22	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10754	C14171400000000127400000030	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-32	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10755	C14171400000000127400000031	一次性使用引流导管	E型	LL-YLDGE-14	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10756	C14171400000000127400000032	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-10	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10757	C14171400000000127400000033	一次性使用引流导管	B型	LL-YLDGB-14	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10758	C14171400000000127400000034	一次性使用引流导管	D型	LL-YLDGD-10	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批

10759	C14171400000000127400000035	一次性使用引流导管	A型	LL-YLDGA-26	滇械注准20222140002	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	供体表创伤或切口引流使用。	一次性使用引流导管根据结构形式不同分为A型、B型、C型、D型、E型5种规格型号。A型、B型产品主要由引流管体、导引针、保护套组成。C型、D型、E型主要由引流管体	通过			第12批
10760	C01060303501002084380000048	一次性使用引流导管及附件	YLW0615A	YLW0615A	国械注准20223140989	丙类	035-引流装置类	否			是	310702022	心包穿刺术	包括引流	引流导管	引流管	在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流；经胸、腹腔手术后需置引流管引流的患者。	产品由引流导管、扩张管、导引导丝、注射器、破皮刀、一次性使用连接管、蝶形夹、穿刺针、蓝空针、肝素帽组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用	通过			第12批
10761	C14171101000000083910000041	一次性使用引流管	SL-D5	SL-D5	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批

10762	C14171101000000083910000042	一次性使用引流管	SL-D4	SL-D4	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批
10763	C14171101000000083910000043	一次性使用引流管	SL-D10N	SL-D10N	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批
10764	C14171101000000083910000044	一次性使用引流管	SL-D8N	SL-D8N	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批
10765	C14171101000000083910000045	一次性使用引流管	SL-D6N	SL-D6N	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批

10766	C14171101000000083910000046	一次性使用引流管	SL-D5N	SL-D5N	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批
10767	C14171101000000083910000047	一次性使用引流管	SL-D4N	SL-D4N	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批
10768	C14171101000000083910000051	一次性使用引流管	SL-D10	SL-D10	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批
10769	C14171101000000083910000052	一次性使用引流管	SL-D8	SL-D8	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批

10770	C14171101000000083910000053	一次性使用引流管	SL-D6	SL-D6	粤械注准20142140079	丙类	010-管路类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。	由连接头上盖、连接头下盖、尾座、连接管、引流导管、显影线、水座、药座等组成。	通过			第12批
10771	C14171400000000083910000095	一次性使用引流管路及配件	S6A-1	S6A-1	粤械注准20172141834	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与引流导管配套、供吸引、引流残液用。	A1-系列由体外引流连接管、负压引流瓶组成，A-2系列由体外引流连接管、负压引流器、转换头组成，A-3系列由体外引流连接管、负压引流球组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批
10772	C14171400000000083910000099	一次性使用引流管路及配件	S6A-2	S6A-2	粤械注准20172141834	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与引流导管配套、供吸引、引流残液用。	A1-系列由体外引流连接管、负压引流瓶组成，A-2系列由体外引流连接管、负压引流器、转换头组成，A-3系列由体外引流连接管、负压引流球组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批

10773	C14171400000000083910000101	一次性使用引流管路及配件	S6A-3	S6A-3	粤械注准20172141834	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	与引流导管配套、供吸引、引流残液用。	A1-系列由体外引流连接管、负压引流瓶组成，A-2系列由体外引流连接管、负压引流器、转换头组成，A-3系列由体外引流连接管、负压引流球组成。	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批
10774	C01060303501002065960000001	一次性无菌腹腔引流导管	10Fr	弯型	国械注准20173140025	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品适用于对晚期肿瘤并发腹水，胆囊切除术后，经腹腔肝脓肿切开手术后腹腔积液的引流，产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌腹腔引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：腹腔引流导管（配移动夹）、腹水穿刺针、导引芯、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次性使用导丝控制手柄、一次性使用灭菌橡胶外	通过			第12批

10775	C01060303501002065960000003	一次性无菌腹腔引流导管	12Fr	弯型	国械注准20173140025	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品适用于对晚期肿瘤并发腹水，胆囊切除术后，经腹腔肝脓肿切开手术后腹腔积液的引流，产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌腹腔引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：腹腔引流导管（配移动夹）、腹水穿刺针、导引芯、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次性使用导丝控制手柄、一次性使用灭菌橡胶外	通过			第12批

10776	C01060303501002065960000013	一次性无菌腹腔引流导管	6Fr	弯型	国械注准20173140025	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品适用于对晚期肿瘤并发腹水，胆囊切除术后，经腹腔肝脓肿切开手术后腹腔积液的引流，产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌腹腔引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：腹腔引流导管（配移动夹）、腹水穿刺针、导引芯、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次性使用导丝控制手柄、一次性使用灭菌橡胶外	通过			第12批

10777	C01060303501002065960000015	一次性无菌腹腔引流导管	8Fr	弯型	国械注准20173140025	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品适用于对晚期肿瘤并发腹水，胆囊切除术后，经腹腔肝脓肿切开手术后腹腔积液的引流，产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌腹腔引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：腹腔引流导管（配移动夹）、腹水穿刺针、导引芯、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次性使用导丝控制手柄、一次性使用灭菌橡胶外	通过			第12批

10778	C01060303501002065960000017	一次性无菌留置引流导管	10F	弯型	国械注准20173140628	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌留置引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：留置引流导管（带止流夹）、导引穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次使用导丝控制手柄、一次	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批

10779	C01060303501002065960000019	一次性无菌留置引流导管	12F	弯型	国械注准20173140628	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌留置引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：留置引流导管（带止流夹）、导引穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次使用导丝控制手柄、一次	通过			第12批

10780	C01060303501002065960000023	一次性无菌留置引流导管	16F	弯型	国械注准20173140628	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌留置引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：留置引流导管（带止流夹）、导引穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次使用导丝控制手柄、一次	通过			第12批

10781	C01060303501002065960000029	一次性无菌留置引流导管	6F	弯型	国械注准20173140628	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌留置引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：留置引流导管（带止流夹）、导引穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次使用导丝控制手柄、一次	不通过	与除外耗材不一致，结构及组成含打包其他组件。包含引流管在内的引流系统。		第12批

10782	C01060303501002065960000031	一次性无菌留置引流导管	8F	弯型	国械注准20173140628	丙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管	该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。产品与人体作用时间不超过30天。	一次性无菌留置引流导管由基本配置和选用器械配置组成。其基本配置有：留置引流导管（带止流夹）、导引穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）、扩张器。选用器械配置有：一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次使用导丝控制手柄、一次	通过			第12批
10783	C14170303503001030740000011	引流导管及附件	YY10-ZQDJ	YY10-ZQDJ	浙械注准20202140053	乙类	035-引流装置类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌	引流管	用于手术中（后）的血水、废液抽吸引流使用。	由引流导管、导引针、引流球、转接头、引流袋组配而成，可选配的有导引针、引流球、转接头、引流袋。	通过		限手术病人	第12批

10784	C14171400000000016350000154	硅胶负压引流球	6.0mm(F18)	100ml	苏械注准20172141998	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	临床负压引流和贮存引流液用。	硅胶负压引流球由硅胶负压球和引流管组成，可单独使用；其中，硅胶负压球由球体、塞子和吸嘴组成，引流管由硅胶引流管和硅胶潘氏管组成；产品根据硅胶负压球的球体容量分为100ml和200ml两种型号，其中每种型号根据潘氏管的管径不同分为4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、	通过			第12批

10785	C14171400000000016350000164	硅胶负压引流球	6.0mm(F18)	200ml	苏械注准20172141998	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	临床负压引流和贮存引流液用。	硅胶负压引流球由硅胶负压球和引流管组成，可单独使用；其中，硅胶负压球由球体、塞子和吸嘴组成，引流管由硅胶引流管和硅胶潘氏管组成；产品根据硅胶负压球的球体容量分为100ml和200ml两种型号，其中每种型号根据潘氏管的管径不同分为4.7mm(F14)、5.3mm(F16)、	通过			第12批

10786	C14171400000000182230000008	一次性使用多功能引流导管	YN-X-Ⅵ-B-Fr10	YN-X-Ⅵ-B型	鲁械注准20222140697	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	YN-F-I、YN-F-II、YN-F-IV、YN-J-VII、YN-F-VIII型用于外科手术创伤或切口处的体液引流及患处冲洗，YN-F-III、YN-F-V、YN-X-VI、YN-K-IX型用于外科手术创伤或切口处的体液引流。	一次性使用多功能引流导管根据主要结构不同可分为YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅳ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-J-VII、YN-F-VIII、YN-K-IX九个型号。YN-F-Ⅰ型由引流管、套管、冲洗管、排气管、接头和硅胶护帽或鲁尔接头组成；YN-F-Ⅱ型由引流段、连接段、阀门、罗伯特夹、冲洗管组	通过			第12批

10787	C14171400000000182230000023	一次性使用多功能引流导管	YN-X-Ⅵ-B-Fr15	YN-X-Ⅵ-B型	鲁械注准20222140697	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅳ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流及患处冲洗，YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-K-Ⅸ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流。	一次性使用多功能引流导管根据主要结构不同可分为YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅳ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ、YN-K-Ⅸ九个型号。YN-F-Ⅰ型由引流管、套管、冲洗管、排气管、接头和硅胶护帽或鲁尔接头组成；YN-F-Ⅱ型由引流段、连接段、阀门、罗伯特夹、冲洗管组	通过			第12批

10788	C14171400000000182230000031	一次性使用多功能引流导管	YN-X-Ⅵ-B-Fr12	YN-X-Ⅵ-B型	鲁械注准20222140697	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅳ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流及患处冲洗，YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-K-Ⅸ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流。	一次性使用多功能引流导管根据主要结构不同可分为YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅳ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ、YN-K-Ⅸ九个型号。YN-F-Ⅰ型由引流管、套管、冲洗管、排气管、接头和硅胶护帽或鲁尔接头组成；YN-F-Ⅱ型由引流段、连接段、阀门、罗伯特夹、冲洗管组	通过			第12批

10789	C14171400000000182230000034	一次性使用多功能引流导管	YN-X-Ⅵ-B-Fr18	YN-X-Ⅵ-B型	鲁械注准20222140697	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅳ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流及患处冲洗，YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-K-Ⅸ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流。	一次性使用多功能引流导管根据主要结构不同可分为YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅳ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ、YN-K-Ⅸ九个型号。YN-F-Ⅰ型由引流管、套管、冲洗管、排气管、接头和硅胶护帽或鲁尔接头组成；YN-F-Ⅱ型由引流段、连接段、阀门、罗伯特夹、冲洗管组	通过			第12批

10790	C14171400000000182230000058	一次性使用多功能引流导管	YN-X-Ⅵ-B-Fr20	YN-X-Ⅵ-B型	鲁械注准20222140697	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅳ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流及患处冲洗，YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-K-Ⅸ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流。	一次性使用多功能引流导管根据主要结构不同可分为YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅳ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ、YN-K-Ⅸ九个型号。YN-F-Ⅰ型由引流管、套管、冲洗管、排气管、接头和硅胶护帽或鲁尔接头组成；YN-F-Ⅱ型由引流段、连接段、阀门、罗伯特夹、冲洗管组	通过			第12批

10791	C14171400000000182230000084	一次性使用多功能引流导管	YN-X-Ⅵ-B-Fr24	YN-X-Ⅵ-B型	鲁械注准20222140697	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅳ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流及患处冲洗，YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-K-Ⅸ型用于外科手术创伤或切口处的体液引流。	一次性使用多功能引流导管根据主要结构不同可分为YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅳ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-J-Ⅶ、YN-F-Ⅷ、YN-K-Ⅸ九个型号。YN-F-Ⅰ型由引流管、套管、冲洗管、排气管、接头和硅胶护帽或鲁尔接头组成；YN-F-Ⅱ型由引流段、连接段、阀门、罗伯特夹、冲洗管组	通过			第12批

10792	C14171400000000182230000099	一次性使用多功能引流导管	YN-X-VI-B-Fr22	YN-X-VI-B型	鲁械注准20222140697	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	YN-F-I、YN-F-II、YN-F-IV、YN-J-VII、YN-F-VIII型用于外科手术创伤或切口处的体液引流及患处冲洗，YN-F-III、YN-F-V、YN-X-VI、YN-K-IX型用于外科手术创伤或切口处的体液引流。	一次性使用多功能引流导管根据主要结构不同可分为YN-F-Ⅰ、YN-F-Ⅱ、YN-F-Ⅲ、YN-F-Ⅳ、YN-F-Ⅴ、YN-X-Ⅵ、YN-J-VII、YN-F-VIII、YN-K-IX九个型号。YN-F-Ⅰ型由引流管、套管、冲洗管、排气管、接头和硅胶护帽或鲁尔接头组成；YN-F-Ⅱ型由引流段、连接段、阀门、罗伯特夹、冲洗管组	通过			第12批
10793	C14171400000000023490000066	一次性使用无菌引流管套装	24Fr-950-A+B-1	WD	吉械注准20212140032	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引流瓶或引流袋组成。引流管材质为硅	通过			第12批

10794	C14171400000000023490000069	一次性使用无菌引流管套装	20Fr-950-A+B-1	WD	吉械注准20212140032	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引流瓶或引流袋组成。引流管材质为硅	通过			第12批
10795	C14171400000000023490000070	一次性使用无菌引流管套装	18Fr-950-A+B-1	WD	吉械注准20212140032	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引流瓶或引流袋组成。引流管材质为硅	通过			第12批
10796	C14171400000000023490000072	一次性使用无菌引流管套装	22Fr-950-A+B-1	WD	吉械注准20212140032	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引流瓶或引流袋组成。引流管材质为硅	通过			第12批

10797	C14171400000000023490000073	一次性使用无菌引流管套装	14Fr-950-A+B-1	WD	吉械注准20212140032	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引流瓶或引流袋组成。引流管材质为硅	通过			第12批
10798	C14171400000000023490000074	一次性使用无菌引流管套装	12Fr-950-A+B-1	WD	吉械注准20212140032	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引流瓶或引流袋组成。引流管材质为硅	通过			第12批
10799	C14171400000000023490000075	一次性使用无菌引流管套装	10Fr-950-A+B-1	WD	吉械注准20212140032	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引流瓶或引流袋组成。引流管材质为硅	通过			第12批

10800	C14171400000000023490000078	一次性使用无菌引流管套装	16Fr-950-A+B-1	WD	吉械注准20212140032	丙类	000--	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)	供体表创伤或切口引流用。	一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引一次性使用无菌引流管套装由导管，接头，穿刺针，引流球或引流瓶或引流袋组成。引流管材质为硅	通过			第12批
10801	C14230720600001181820000014	一次性使用肠内营养泵管	B10FF	一次性使用肠内营养泵管带1000ml营养袋及冲洗袋	国械注进20242140311	丙类	206-输液袋类	否			是	ABGD0001	肠内营养灌注	指经鼻置入胃管，小肠营养管，小肠造瘘，胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注。评估患者病情及管路情况，核对医嘱及患者信息，配制营养液或药物等，调节适宜温度，解释其目的取得配合，取适当体位，注入少量温开水冲洗管路，调节速度(必要时用营养泵)，用无菌注射器(或无菌营养泵管或	营养泵	营养泵	一次性使用肠内营养泵管与Kangaroo OMNI肠内营养泵配合使用，适用于为不能自己进食的患者进行肠内营养的灌注。	产品由管路(可选带营养容积袋或瓶塞穿刺器)、盒匣 和连接件组成，本产品一次性使用。	通过			第12批

10802	C14230720600001181820000017	一次性使用肠内营养泵管	E5FF	一次性使用肠内营养泵管带500ml营养袋及冲洗袋ENtelliSet	国械注进20242140311	丙类	206-输液袋类	否			是	ABGD0001	肠内营养灌注	指经鼻置入胃管，小肠营养管，小肠造瘘，胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注。评估患者病情及管路情况，核对医嘱及患者信息，配制营养液或药物等，调节适宜温度，解释其目的取得配合，取适当体位，注入少量温开水冲洗管路，调节速度(必要时用营养泵)，用无菌注射器(或无菌营养泵管或	营养泵	营养泵	一次性使用肠内营养泵管与Kangaroo OMNI肠内营养泵配合使用，适用于为不能自己进食的患者进行肠内营养的灌注。	产品由管路(可选带营养容积袋或瓶塞穿刺器)、盒匣 和连接件组成，本产品一次性使用。	通过			第12批

10803	C14230720600001181820000020	一次性使用肠内营养泵管	E10FF	一次性使用肠内营养泵管带1000ml营养袋及冲洗袋ENtelliSet	国械注进20242140311	丙类	206-输液袋类	否			是	ABGD0001	肠内营养灌注	指经鼻置入胃管，小肠营养管，小肠造瘘，胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注。评估患者病情及管路情况，核对医嘱及患者信息，配制营养液或药物等，调节适宜温度，解释其目的取得配合，取适当体位，注入少量温开水冲洗管路，调节速度(必要时用营养泵)，用无菌注射器(或无菌营养泵管或	营养泵	营养泵	一次性使用肠内营养泵管与Kangaroo OMNI肠内营养泵配合使用，适用于为不能自己进食的患者进行肠内营养的灌注。	产品由管路(可选带营养容积袋或瓶塞穿刺器)、盒匣 和连接件组成，本产品一次性使用。	通过			第12批

10804	C14230720600001181820000021	一次性使用肠内营养泵管	E5FFR	一次性使用肠内营养泵管带500ml营养袋及冲洗袋，粘稠制剂型ENtelliSet	国械注进20242140311	丙类	206-输液袋类	否			是	ABGD0001	肠内营养灌注	指经鼻置入胃管，小肠营养管，小肠造瘘，胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注。评估患者病情及管路情况，核对医嘱及患者信息，配制营养液或药物等，调节适宜温度，解释其目的取得配合，取适当体位，注入少量温开水冲洗管路，调节速度(必要时用营养泵)，用无菌注射器(或无菌营养泵管或	营养泵	营养泵	一次性使用肠内营养泵管与Kangaroo OMNI肠内营养泵配合使用，适用于为不能自己进食的患者进行肠内营养的灌注。	产品由管路(可选带营养容积袋或瓶塞穿刺器)、盒匣 和连接件组成，本产品一次性使用。	通过			第12批

10805	C14230720600001181820000022	一次性使用肠内营养泵管	B10FD	一次性使用肠内营养泵管带1000ml营养袋	国械注进20242140311	丙类	206-输液袋类	否			是	ABGD0001	肠内营养灌注	指经鼻置入胃管，小肠营养管，小肠造瘘，胃造瘘药物灌注或要素饮食灌注。评估患者病情及管路情况，核对医嘱及患者信息，配制营养液或药物等，调节适宜温度，解释其目的取得配合，取适当体位，注入少量温开水冲洗管路，调节速度(必要时用营养泵)，用无菌注射器(或无菌营养泵管或	营养泵	营养泵	一次性使用肠内营养泵管与KangarooOMNI肠内营养泵配合使用，适用于为不能自己进食的患者进行肠内营养的灌注。	产品由管路(可选带营养容积袋或瓶塞穿刺器)、盒匣 和连接件组成，本产品一次性使用。	通过			第12批
10806	C01023803201005049370000005	一次性使用内窥镜活体取样针	BN-5P-22/04-23/12	BN-5P-22/04-23/12	苏械注准20142020560	丙类	032-注射针类	否			是	310902006	经胃镜特殊治疗	指电凝法;包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及药疗、化疗、硬化剂治疗	圈套器、结扎夹、生物夹、硬化注射针	硬化注射针	手术中在内窥镜下操作，用于穿刺组织取样。	一次性使用内窥镜活体取样针由导丝、针管、外管、前手柄、定位套、后手柄（鲁尔接口）、手柄螺帽、内管组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次	不通过	除外耗材是硬化注射针，结构及组成活体取样针，不一致。		第12批

10807	C14100118900004215450000003	一次性使用麻醉穿刺包	II型 AS-E(硬膜外麻醉套件)	II型 AS-E(硬膜外麻醉套件)	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	硬膜外套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	选配含有低值耗材过多		第12批

10808	C14100118900004215450000004	一次性使用麻醉穿刺包	III型 AS-E(硬膜外麻醉套件)	III型 AS-E(硬膜外麻醉套件)	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	硬膜外套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	选配含有低值耗材过多		第12批

10809	C14100118900004215450000011	一次性使用麻醉穿刺包	I型 AS-E(硬膜外麻醉套件)	I型 AS-E(硬膜外麻醉套件)	国械注准20243081642	丙类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	硬膜外套件	I型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、II型 AS-E（硬膜外麻醉套件）、III型 AS-E（硬膜外麻醉套件）：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物；I型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、II型 AS-E/ SⅡ（硬膜外和腰椎联合麻醉套件）、III型 AS-E/ SⅡ	本产品由基本配置一次性使用麻醉用针（硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、神经阻滞穿刺针）、一次性使用麻醉用过滤器（药液过滤器）、一次性使用硬膜外麻醉导管及接头；选配配置：一次性使用麻醉用过滤器（空气过滤器）、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低	不通过	选配含有低值耗材过多		第12批

10810	C14100118900002038260000004	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-S	AS-S	国械注准20163080346	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	硬膜外套件	本产品适用于需要进行做硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉术的患者使用。	硬膜外麻醉包基本配置硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头。选用配置空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、固定片、胶条、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、脱脂纱布、创可贴、治疗巾、医	不通过	选配含有低值耗材过多		第12批

10811	C14100118900002038260000009	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-S	III型	国械注准20163080346	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	硬膜外套件	本产品适用于需要进行做硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉术的患者使用。	硬膜外麻醉包基本配置硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头。选用配置空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、固定片、胶条、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、脱脂纱布、创可贴、治疗巾、医	不通过	选配含有低值耗材过多		第12批

10812	C14100118900002038260000010	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E	III型	国械注准20163080346	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	硬膜外套件	本产品适用于需要进行做硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉术的患者使用。	硬膜外麻醉包基本配置硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头。选用配置空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、固定片、胶条、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、脱脂纱布、创可贴、治疗巾、医	不通过	选配含有低值耗材过多		第12批

10813	C14100118900002038260000011	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-S	IV型	国械注准20163080346	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	硬膜外套件	本产品适用于需要进行做硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉术的患者使用。	硬膜外麻醉包基本配置硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头。选用配置空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、固定片、胶条、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、脱脂纱布、创可贴、治疗巾、医	不通过	选配含有低值耗材过多		第12批

10814	C14100118900002038260000015	一次性使用麻醉穿刺套件	AS-E	IV型	国械注准20163080346	甲类	189-麻醉套包类	否			是	330100003	椎管内麻醉	含椎管内置管术；包括腰麻、硬膜外阻滞	腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件	硬膜外套件	本产品适用于需要进行做硬膜外麻醉、腰椎麻醉、硬膜外和腰椎联合麻醉术的患者使用。	硬膜外麻醉包基本配置硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头。选用配置空气过滤器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针、负压管、消毒刷、固定片、胶条、橡胶医用手套、敷料巾、手术巾、脱脂纱布、创可贴、治疗巾、医	不通过	选配含有低值耗材过多		第12批
10815	C14130119200001199920000001	造口袋	10个/盒	C1171	闽厦械备20220274	乙类	192-造口袋类	否			是	120100012	造瘘护理	含冲洗、换药	一次性造口袋、底盘	造瘘袋/造口袋	用于造口患者排泄物的收集。	由底盘和袋体组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供	通过			第12批
10816	C14130119200002199920000001	造口袋	5个/盒	CN127	闽厦械备20220274	乙类	192-造口袋类	否			是	120100012	造瘘护理	含冲洗、换药	一次性造口袋、底盘	造瘘袋/造口袋	用于造口患者排泄物的收集。	由底盘和袋体组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供	通过			第12批

10817	C14130119200002199920000002	造口袋	5个/盒	CN128	闽厦械备20220274	乙类	192-造口袋类	否			是	120100012	造瘘护理	含冲洗、换药	一次性造口袋、底盘	造瘘袋/造口袋	用于造口患者排泄物的收集。	由底盘和袋体组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供	通过			第12批
10818	C14130119200002199920000003	造口袋	5个/盒	CN129	闽厦械备20220274	乙类	192-造口袋类	否			是	120100012	造瘘护理	含冲洗、换药	一次性造口袋、底盘	造瘘袋/造口袋	用于造口患者排泄物的收集。	由底盘和袋体组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供	通过			第12批
10819	C14130119200002199920000004	造口袋	10个/盒	C131	闽厦械备20220274	乙类	192-造口袋类	否			是	120100012	造瘘护理	含冲洗、换药	一次性造口袋、底盘	造瘘袋/造口袋	用于造口患者排泄物的收集。	由底盘和袋体组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供	通过			第12批
10820	C14130119200002199920000005	造口袋	10个/盒	C132	闽厦械备20220274	乙类	192-造口袋类	否			是	120100012	造瘘护理	含冲洗、换药	一次性造口袋、底盘	造瘘袋/造口袋	用于造口患者排泄物的收集。	由底盘和袋体组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供	通过			第12批
10821	C14130119200002199920000007	造口袋	10个/盒	N131	闽厦械备20220274	乙类	192-造口袋类	否			是	120100012	造瘘护理	含冲洗、换药	一次性造口袋、底盘	造瘘袋/造口袋	用于造口患者排泄物的收集。	由底盘和袋体组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供	通过			第12批

10822	C01031101500003161080000001	一次性使用无菌输尿管鞘	4.0mm(F12)×35cm	RUS-01-1235S	苏械注准20222020748	丙类	015-鞘管类	否			是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	造瘘鞘	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用无菌输尿管鞘(以下简称输尿管鞘)由扩张器、导引鞘管组成。扩张器由扩张管和手柄构成，导引鞘管由鞘管和接头构成。输尿管鞘根据其管身的刻度情况分有刻度和无刻度二种型号，根据其扩张器的外径尺寸可分为3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)四种	通过			第12批

10823	C01031101500003161080000003	一次性使用无菌输尿管鞘	4.0mm (F12)×50cm	RUS-01-1250S	苏械注准20222020748	丙类	015-鞘管类	否			是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	造瘘鞘	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用无菌输尿管鞘(以下简称输尿管鞘)由扩张器、导引鞘管组成。扩张器由扩张管和手柄构成，导引鞘管由鞘管和接头构成。输尿管鞘根据其管身的刻度情况分有刻度和无刻度二种型号，根据其扩张器的外径尺寸可分为3.3mm (F10)、4.0mm (F12)、4.7mm (F14)、5.3mm (F16)四种	通过			第12批

10824	C01031101500003161080000008	一次性使用无菌输尿管鞘	3.3mm(F10)×45cm	RUS-01-1045S	苏械注准20222020748	丙类	015-鞘管类	否			是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	造瘘鞘	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用无菌输尿管鞘(以下简称输尿管鞘)由扩张器、导引鞘管组成。扩张器由扩张管和手柄构成，导引鞘管由鞘管和接头构成。输尿管鞘根据其管身的刻度情况分有刻度和无刻度二种型号，根据其扩张器的外径尺寸可分为3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)四种	通过			第12批

10825	C01031101500003161080000015	一次性使用无菌输尿管鞘	3.3mm(F10)×40cm	RUS-01-1040S	苏械注准20222020748	丙类	015-鞘管类	否			是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	造瘘鞘	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用无菌输尿管鞘(以下简称输尿管鞘)由扩张器、导引鞘管组成。扩张器由扩张管和手柄构成，导引鞘管由鞘管和接头构成。输尿管鞘根据其管身的刻度情况分有刻度和无刻度二种型号，根据其扩张器的外径尺寸可分为3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)四种	通过			第12批

10826	C01031101500003161080000017	一次性使用无菌输尿管鞘	4.0mm(F12)×45cm	RUS-01-1245S	苏械注准20222020748	丙类	015-鞘管类	否			是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	造瘘鞘	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用无菌输尿管鞘(以下简称输尿管鞘)由扩张器、导引鞘管组成。扩张器由扩张管和手柄构成，导引鞘管由鞘管和接头构成。输尿管鞘根据其管身的刻度情况分有刻度和无刻度二种型号，根据其扩张器的外径尺寸可分为3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)四种	通过			第12批

10827	C01031101500003161080000018	一次性使用无菌输尿管鞘	3.3mm(F10)×35cm	RUS-01-1035S	苏械注准20222020748	丙类	015-鞘管类	否			是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	造瘘鞘	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用无菌输尿管鞘(以下简称输尿管鞘)由扩张器、导引鞘管组成。扩张器由扩张管和手柄构成，导引鞘管由鞘管和接头构成。输尿管鞘根据其管身的刻度情况分有刻度和无刻度二种型号，根据其扩张器的外径尺寸可分为3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)四种	通过			第12批

10828	C01031101500003161080000020	一次性使用无菌输尿管鞘	4.0mm (F12)×40cm	RUS-01-1240S	苏械注准20222020748	丙类	015-鞘管类	否			是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	造瘘鞘	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用无菌输尿管鞘(以下简称输尿管鞘)由扩张器、导引鞘管组成。扩张器由扩张管和手柄构成，导引鞘管由鞘管和接头构成。输尿管鞘根据其管身的刻度情况分有刻度和无刻度二种型号，根据其扩张器的外径尺寸可分为3.3mm (F10)、4.0mm (F12)、4.7mm (F14)、5.3mm (F16)四种	通过			第12批

10829	C01031101500003161080000024	一次性使用无菌输尿管鞘	3.3mm(F10)×50cm	RUS-01-1050S	苏械注准20222020748	丙类	015-鞘管类	否			是	331102003	经皮肾镜或输尿管镜内切开成形术		经皮穿刺鞘组、造瘘鞘	造瘘鞘	供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。	一次性使用无菌输尿管鞘(以下简称输尿管鞘)由扩张器、导引鞘管组成。扩张器由扩张管和手柄构成，导引鞘管由鞘管和接头构成。输尿管鞘根据其管身的刻度情况分有刻度和无刻度二种型号，根据其扩张器的外径尺寸可分为3.3mm(F10)、4.0mm(F12)、4.7mm(F14)、5.3mm(F16)四种	通过			第12批

10830	C02071705400000092220000005	介入手术器械-造影剂推入器	12ml	KDL-YX-018-02	国械注准20193031843	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		造影剂	该产品主要用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。	介入手术器械基本配置组成：导管鞘(鞘、扩张器、导引导丝、穿刺针)、三通旋塞(二连三通/三连三通/四连三通)、造影剂推入器(即三环注射器)、穿刺针、手术刀、压力延长管、Y型连接器、球囊扩张压力泵。介入手术器械可选配置：输液器。该产品无菌状态提供，一次性使用。货架有效期3年	通过			第12批
10831	C14020200000000209640000001	速溶胃肠超声造影剂	30g/袋	/	琼械注准20242060141	丙类	000--	否			是	2203	3．彩色多普勒超声检查		图象记录、造影剂	造影剂	用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。	本品是由经熟化的大米粉、黄豆粉、藕粉、陈皮粉、薏苡仁粉和山药粉制成的黄色至深黄色颗粒。非无菌提供	通过			第12批
10832	C14020200000000209640000002	速溶胃肠超声造影剂	50g/袋	/	琼械注准20242060141	丙类	000--	否			是	2203	3．彩色多普勒超声检查		图象记录、造影剂	造影剂	用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。	本品是由经熟化的大米粉、黄豆粉、藕粉、陈皮粉、薏苡仁粉和山药粉制成的黄色至深黄色颗粒。非无菌提供	通过			第12批

10833	C14020200000000209640000003	速溶胃肠超声造影剂	60g/袋	/	琼械注准20242060141	丙类	000--	否			是	2203	3．彩色多普勒超声检查		图象记录、造影剂	造影剂	用于辅助对人体胃肠及其周围器官的超声诊断。	本品是由经熟化的大米粉、黄豆粉、藕粉、陈皮粉、薏苡仁粉和山药粉制成的黄色至深黄色颗粒。非无菌提供	通过			第12批
10834	C02071705400000092220000002	一次性使用造影剂推入器	12ml	旋转接头	国械注准20153030120	丙类	054-介入附件类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		造影剂	该产品用于介入手术中承载、推注造影剂。	造影剂推入器由胶塞、芯杆盖、手柄、套筒、芯杆、旋转接头组成。胶塞由天然橡胶制造，芯杆盖由聚乙烯（PE)材料制造，手柄和芯杆由丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）材料制造，套筒由聚碳酸酯（PC)材料制造，旋转接头由聚碳酸酯（PC）和硅橡胶材料制造。本产品经环氧乙烷灭菌。	通过			第12批

10835	C02071507500000104950000046	一次性使用高压造影注射器及附件	LXG-02-180	LXG-02-180	国械注准20223061264	丙类	075-注射套装类	否			是	EB	(二)X线计算机体层检查	含胶片及冲洗、数据存储介质	造影剂、镇静或麻醉及其药物、增强扫描用注射耗材	增强扫描用注射耗材	本产品适用于进行数字减影血管造影术（DSA）、计算机控制X射线断层扫描（CT）、核磁共振(MRI)等检查时，承载造影剂使用。	”一次性使用高压造影注射器及附件由造影剂针筒、管式吸药器、穿刺器式吸药器、连接管路组成。造影剂针筒由外套、活塞、密封圈、固定圈、锁紧接头、保护帽、推杆组成;外套由聚丙烯(PP)制成，密封圈由硅橡胶制成，活塞由苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物(ABS)制成，固定圈由聚碳	通过			第12批
10836	C17040122200003001510000001	妇用吸附止血修复器	1支/盒	A型	渝械注准20182180074	丙类	222-妇科护理类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	用于宫颈检查或物理治疗后引起的机械性创面修复；能吸附宫颈及阴道内分泌物与脱落坏死组织；辅助止血、促愈合；用于非慢行创面的	妇用吸附止血修复器由推进器、面条、壳聚糖盐酸盐治疗芯组成。该产品采用环氧乙烷灭菌。	通过			第12批

10837	C17040122200003001510000002	妇用吸附止血修复器	2支/盒	A型	渝械注准20182180074	丙类	222-妇科护理类	否			是	ABF	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	用于宫颈检查或物理治疗引起的机械性创面修复；能吸附宫颈及阴道内分泌物与脱落坏死组织；辅助止血、促愈合；用于非慢性创面的覆	妇用吸附止血修复器由推进器、棉条、壳聚糖盐酸盐治疗芯组成。该产品采用环氧乙烷灭菌。	通过			第12批
10838	C17010421603000128670000007	海藻生物胶	15ml	/	苏械注准20212141759	丙类	216-敷料类	否			是	1206	6.换药		特殊药物、引流管(含一次性使用负压引流护创材料、封闭创伤负压引流套装)、医用伤口护理膜、长效抗菌材料、纳米银医用抗菌敷料	长效抗菌材料	通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于非慢性创面（如浅表性创面、手术后缝合创面、机械创伤、小创口、擦伤、切割伤创面、Ⅰ度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。	海藻生物胶由海藻酸钠、羟乙纤维素、纯化水按比例配制；喷雾型包装于口服液体药用聚丙烯瓶中，以聚丙烯盖封装，配经电子束灭菌的喷雾泵；软袋型包装于三层共挤输液用袋中，以输液袋用聚碳酸酯注药组合盖封装。该产品以无菌状态提供，	通过			第12批

10839	C14230220300011071100000086	一次性使用静脉血样采集容器	5mL	促凝剂(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10840	C14230220300011071100000107	一次性使用静脉血样采集容器	4mL	促凝剂(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10841	C14230220300012071100004482	一次性使用静脉血样采集容器	5mL	氟化钠/EDTA-K2(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管(硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET＋PP)、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽)、添加剂(不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂)、附加物(仅限于含分离胶的产品)组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10842	C14230220300012071100004758	一次性使用静脉血样采集容器	1.6mL	柠檬酸钠(1：4)(玻璃)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10843	C14230220300012071100004828	一次性使用静脉血样采集容器	5mL	肝素钠(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10844	C14230220300012071100004882	一次性使用静脉血样采集容器	4mL	分离胶/促凝剂(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10845	C14230220300012071100004926	一次性使用静脉血样采集容器	3mL	分离胶/促凝剂(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10846	C14230220300012071100004959	一次性使用静脉血样采集容器	2mL	柠檬酸钠(1:9)(塑料双层血凝管PET＋PP)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10847	C14230220300012071100005103	一次性使用静脉血样采集容器	4mL	肝素钠(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管(硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET＋PP)、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽)、添加剂(不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂)、附加物(仅限于含分离胶的产品)组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10848	C14230220300012071100005112	一次性使用静脉血样采集容器	3mL	氟化钠/EDTA-K2(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10849	C14230220300012071100005130	一次性使用静脉血样采集容器	3mL	柠檬酸钠(1：4)(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管(硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET＋PP)、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽)、添加剂(不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂)、附加物(仅限于含分离胶的产品)组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10850	C14230220300012071100005168	一次性使用静脉血样采集容器	3mL	EDTA-K2(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管(硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET＋PP)、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽)、添加剂(不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂)、附加物(仅限于含分离胶的产品)组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10851	C14230220300012071100005200	一次性使用静脉血样采集容器	2mL	EDTA-K2(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10852	C14230220300012071100005211	一次性使用静脉血样采集容器	5mL	分离胶/EDTA-K2(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管(硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET＋PP)、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽)、添加剂(不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂)、附加物(仅限于含分离胶的产品)组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10853	C14230220300012071100005212	一次性使用静脉血样采集容器	3mL	分离胶/EDTA-K2(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管(硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET＋PP)、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽)、添加剂(不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂)、附加物(仅限于含分离胶的产品)组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10854	C14230220300012071100005346	一次性使用静脉血样采集容器	5mL	EDTA-K2(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10855	C14230220300012071100005390	一次性使用静脉血样采集容器	4mL	EDTA-K2(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10856	C14230220300015071100000048	一次性使用静脉血样采集容器	5mL	无添加剂(塑料PET)	川械注准20232220005	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（硅硼玻璃、塑料PET或塑料PET+PP）、头盖(丁基橡胶塞，胶塞外可有塑料PE防溅帽）、添加剂（不同型号对应不同添加剂类型或无添加剂）、附加物（仅限于含分离胶的产品）组成。产品经定量抽真空，非无菌提供。	通过			第12批

10857	C14230220300006180560000139	一次性使用真空采血管	5ml	促凝剂/分离胶(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10858	C14230220300006180560000147	一次性使用真空采血管	6ml	促凝剂/分离胶(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10859	C14230220300006180560000181	一次性使用真空采血管	4ml	促凝剂/分离胶(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10860	C14230220300007180560000004	一次性使用真空采血管	2ml	EDTA-K2(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10861	C14230220300007180560000008	一次性使用真空采血管	5ml	肝素锂(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10862	C14230220300007180560000011	一次性使用真空采血管	5ml	肝素钠(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10863	C14230220300007180560000021	一次性使用真空采血管	2ml	柠檬酸钠1:9（PET/无菌）	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10864	C14230220300007180560000031	一次性使用真空采血管	5ml	EDTA-K2(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10865	C14230220300007180560000033	一次性使用真空采血管	3ml	EDTA-K2(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10866	C14230220300007180560000037	一次性使用真空采血管	3ml	柠檬酸钠1:9（PET/无菌）	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10867	C14230220300009180560000009	一次性使用真空采血管	5ml	促凝剂(PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10868	C14230220300010180560000007	一次性使用真空采血管	5ml	无添加剂((PET/无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10869	C14230220300011180560000001	一次性使用真空采血管	4ml	促凝剂/分离胶(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10870	C14230220300011180560000002	一次性使用真空采血管	5ml	促凝剂/分离胶(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10871	C14230220300011180560000003	一次性使用真空采血管	6ml	促凝剂/分离胶(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10872	C14230220300011180560000005	一次性使用真空采血管	9ml	促凝剂/分离胶(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10873	C14230220300011180560000010	一次性使用真空采血管	3ml	促凝剂/分离胶(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10874	C14230220300011180560000011	一次性使用真空采血管	3ml	促凝剂/分离胶(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10875	C14230220300011180560000012	一次性使用真空采血管	5ml	促凝剂/分离胶(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10876	C14230220300011180560000015	一次性使用真空采血管	8ml	促凝剂/分离胶(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10877	C14230220300011180560000017	一次性使用真空采血管	7ml	促凝剂/分离胶(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10878	C14230220300012180560000001	一次性使用真空采血管	3ml	柠檬酸钠1:9（PET/非无菌）	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10879	C14230220300012180560000002	一次性使用真空采血管	4ml	EDTA-K2(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10880	C14230220300012180560000003	一次性使用真空采血管	2ml	柠檬酸钠1:9（PET/非无菌）	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10881	C14230220300012180560000008	一次性使用真空采血管	6ml	柠檬酸钠1:9（PET/非无菌）	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10882	C14230220300012180560000012	一次性使用真空采血管	6ml	EDTA-K2(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10883	C14230220300012180560000014	一次性使用真空采血管	2ml	柠檬酸钠1:9（玻璃/非无菌）	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10884	C14230220300012180560000018	一次性使用真空采血管	10ml	EDTA-K2(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10885	C14230220300012180560000019	一次性使用真空采血管	10ml	EDTA-K2(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10886	C14230220300012180560000020	一次性使用真空采血管	4ml	肝素钠(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10887	C14230220300012180560000028	一次性使用真空采血管	1ml	柠檬酸钠1:4(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10888	C14230220300012180560000031	一次性使用真空采血管	9ml	肝素钠(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10889	C14230220300012180560000033	一次性使用真空采血管	6ml	肝素钠(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10890	C14230220300012180560000034	一次性使用真空采血管	6ml	柠檬酸钠1:4(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10891	C14230220300012180560000035	一次性使用真空采血管	4ml	肝素钠(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10892	C14230220300012180560000040	一次性使用真空采血管	6ml	肝素锂(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10893	C14230220300012180560000045	一次性使用真空采血管	4ml	肝素锂(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10894	C14230220300012180560000047	一次性使用真空采血管	6ml	肝素锂(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10895	C14230220300012180560000049	一次性使用真空采血管	3ml	肝素钠(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10896	C14230220300012180560000051	一次性使用真空采血管	4ml	肝素锂(玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10897	C14230220300012180560000054	一次性使用真空采血管	5ml	肝素锂(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10898	C14230220300012180560000071	一次性使用真空采血管	5ml	肝素钠(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10899	C14230220300012180560000077	一次性使用真空采血管	2ml	EDTA-K2(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10900	C14230220300012180560000089	一次性使用真空采血管	5ml	EDTA-K2(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10901	C14230220300012180560000090	一次性使用真空采血管	3ml	EDTA-K2(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10902	C14230220300014180560000018	一次性使用真空采血管	5ml	促凝剂(PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10903	C14230220300015180560000005	一次性使用真空采血管	6ml	无添加剂((PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10904	C14230220300015180560000006	一次性使用真空采血管	4ml	无添加剂((PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10905	C14230220300015180560000008	一次性使用真空采血管	4ml	无添加剂((玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10906	C14230220300015180560000015	一次性使用真空采血管	5ml	无添加剂((PET/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10907	C14230220300015180560000020	一次性使用真空采血管	5ml	无添加剂((玻璃/非无菌)	皖械注准20222220081	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	与静脉采血针配套使用，供医疗机构用于临床采集人体静脉血液样本，作临床常规检验。	主要由试管(玻璃或PET)、添加剂(抗凝剂、促凝剂)和胶塞（胶塞外有塑料防漏安全帽）组成。灭菌型号应无菌。	通过			第12批

10908	C14230220300006169900000233	一次性使用真空采血管	3.5ml	分离胶-促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10909	C14230220300006169900000246	一次性使用真空采血管	4ml	分离胶-促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10910	C14230220300006169900000264	一次性使用真空采血管	5ml	分离胶-促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10911	C14230220300006169900000285	一次性使用真空采血管	3ml	分离胶-促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10912	C14230220300007169900002034	一次性使用真空采血管	6ml	肝素钠管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物（分离胶）（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10913	C14230220300007169900002122	一次性使用真空采血管	5ml	柠檬酸钠9：1管(PT管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物（分离胶）（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10914	C14230220300007169900002147	一次性使用真空采血管	6ml	肝素锂管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10915	C14230220300007169900002159	一次性使用真空采血管	5ml	肝素锂管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10916	C14230220300007169900002173	一次性使用真空采血管	2ml	柠檬酸钠9：1管(PT管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物（分离胶）（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10917	C14230220300007169900002186	一次性使用真空采血管	3ml	EDTA.K2管(血常规管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10918	C14230220300007169900002194	一次性使用真空采血管	5ml	肝素钠管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物（分离胶）（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10919	C14230220300007169900002271	一次性使用真空采血管	5ml	EDTA.K2管(血常规管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10920	C14230220300007169900002293	一次性使用真空采血管	3ml	柠檬酸钠9：1管(PT管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物（分离胶）（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10921	C14230220300007169900002378	一次性使用真空采血管	2ml	柠檬酸钠4:1管(血沉管、ESR管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10922	C14230220300007169900002391	一次性使用真空采血管	3ml	肝素钠管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物（分离胶）（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10923	C14230220300007169900002407	一次性使用真空采血管	4ml	柠檬酸钠9：1管(PT管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物（分离胶）（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10924	C14230220300007169900002449	一次性使用真空采血管	9ml	EDTA.K2管(血常规管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10925	C14230220300007169900002484	一次性使用真空采血管	8ml	EDTA.K2管(血常规管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10926	C14230220300007169900002489	一次性使用真空采血管	2ml	EDTA.K2管(血常规管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10927	C14230220300007169900002496	一次性使用真空采血管	3ml	柠檬酸钠4:1管(血沉管、ESR管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10928	C14230220300007169900002524	一次性使用真空采血管	4ml	肝素锂管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10929	C14230220300007169900002533	一次性使用真空采血管	4ml	EDTA.K2管(血常规管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10930	C14230220300007169900002535	一次性使用真空采血管	6ml	EDTA.K2管(血常规管)(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10931	C14230220300007169900002593	一次性使用真空采血管	3ml	肝素锂管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10932	C14230220300007169900002598	一次性使用真空采血管	4ml	肝素钠管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10933	C14230220300007169900002626	一次性使用真空采血管	2ml	肝素钠管（条形码标签）	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10934	C14230220300009169900000013	一次性使用真空采血管	4ml	促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10935	C14230220300009169900000022	一次性使用真空采血管	3ml	促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10936	C14230220300009169900000059	一次性使用真空采血管	3.5ml	促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10937	C14230220300009169900000082	一次性使用真空采血管	4.5ml	促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10938	C14230220300009169900000105	一次性使用真空采血管	5ml	促凝管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10939	C14230220300010169900000043	一次性使用真空采血管	4.5ml	无添加剂管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10940	C14230220300010169900000081	一次性使用真空采血管	5ml	无添加剂管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10941	C14230220300010169900000099	一次性使用真空采血管	4ml	无添加剂管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10942	C14230220300010169900000104	一次性使用真空采血管	3ml	无添加剂管(条形码标签)	粤械注准20182220376	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	作为静脉血采集系统，一次性使用真空采血管与采血针、持针器配套使用，用于临床实验室中静脉血清、血浆或全血检测用血液标本的采集、贮存、转运和预处理。	由试管（材质为玻璃或塑料）、胶塞、安全帽（如有）、添加剂（抗凝剂、促凝剂、保存液）（如有）和附加物(分离胶)（如有）和标签（普通标签、双码标签、条形码标签、透明标签、双码条形码一体化标签、喷码标签、移印标签、无纸化标签、二维码标签）组成。管内	通过			第12批

10943	C14230220300012071100002992	真空采血管	（双标签）2ml	柠檬酸钠（1：9）双层血凝管	川械注准20192220020	丙类	203-采血管类	否			是	ABBB0001	静脉采血	核对医嘱及患者信息，评估患者，取适当体位，选择穿刺部位，皮肤消毒(直径大于5厘米)，用无菌采血针静脉穿刺并固定，将适量血缓慢流入采血管，拔针后按压穿刺部位，将血缓慢注入采血管，再次核对患者信息，协助患者采取舒适体位，处理用物，标本送检，做好健康	真空采血管	真空采血管	产品适用于临床检验静脉血液标本的采集、转运、保存和处理。	产品由试管（玻璃或塑料）、胶塞（胶塞外可有塑料防溅帽）、试管内添加剂(不同型号对应不同的添加剂)或无添加剂、附加物（仅限于分离胶型号的产品）组成，分无菌（辐照灭菌）和非无菌产品。	通过			第12批
10944	C14231120700003104950000001	一次性使用单向阀输液接头	DTQ-05	DTQ-05	国械注准20163142354	丙类	207-输液接头类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	产品适用于供临床多种药液同时输注时一次性使用	产品由注射组件、密封组件、中心组件、连接管和保护帽组成。中心组件、注射件与连接管采用聚氯乙烯（PVC）制成，密封件采用硅橡胶制成，保护帽采用聚碳酸酯（PC）制	通过			第12批

10945	C14231120700003104950000003	一次性使用单向阀输液接头	DTQ-02	DTQ-02	国械注准20163142354	丙类	207-输液接头类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	产品适用于供临床多种药液同时输注时一次性使用	产品由注射组件、密封组件、中心组件、连接管和保护帽组成。中心组件、注射件与连接管采用聚氯乙烯（PVC）制成，密封件采用硅橡胶制成，保护帽采用聚碳酸酯（PC）制	通过			第12批
10946	C14231120700003104950000007	一次性使用单向阀输液接头	DTQ-01	DTQ-01	国械注准20163142354	丙类	207-输液接头类	否			是	1204	4．注射	含用药指导与观察、药物的配置；含一次性输液器、过滤器、采血器、注射器	静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	产品适用于供临床多种药液同时输注时一次性使用	产品由注射组件、密封组件、中心组件、连接管和保护帽组成。中心组件、注射件与连接管采用聚氯乙烯（PVC）制成，密封件采用硅橡胶制成，保护帽采用聚碳酸酯（PC）制	通过			第12批

10947	C14231120700004084380000001	正压无针接头	MMZYT1-30	MMZYT1-30	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10948	C14231120700004084380000004	正压无针接头	MMZYT3-20	MMZYT3-20	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10949	C14231120700004084380000005	正压无针接头	MMZY2-30	MMZY2-30	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10950	C14231120700004084380000007	正压无针接头	MMZYT4-20	MMZYT4-20	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10951	C14231120700004084380000010	正压无针接头	MMZY4-20	MMZY4-20	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10952	C14231120700004084380000011	正压无针接头	MMZY3-30	MMZY3-30	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10953	C14231120700004084380000012	正压无针接头	MMZY3-20	MMZY3-20	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10954	C14231120700004084380000013	正压无针接头	MMZYT2-30	MMZYT2-30	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10955	C14231120700004084380000014	正压无针接头	MMZYT4-30	MMZYT4-30	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10956	C14231120700004084380000016	正压无针接头	MMZYT3-30	MMZYT3-30	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10957	C14231120700004084380000017	正压无针接头	MMZY4-30	MMZY4-30	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10958	C14231120700004084380000018	正压无针接头	MMZYT2-20	MMZYT2-20	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10959	C14231120700004084380000021	正压无针接头	MMZY2-20	MMZY2-20	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10960	C14231120700004084380000023	正压无针接头	MMZY1-30	MMZY1-30	国械注准20223141832	丙类	207-输液接头类	否			是	ABC	3.静脉输注		留置静脉针、微量泵空针、避光输液器、精密输液器(含超低密度聚乙烯输液器)、输液泵管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	正压接头	正压无针接头适用于输血输液管路的连接。	正压无针接头主要由前端、增压硅胶塞、后端和延长管组成，前端分为透明和不透明两种。延长管主要由内圆锥接头、外圆锥接头、双/三/四通路接头和延长管管材组成。按延长管的分支数量分为单通、双通、三通、四通延长管，且延长管分支上配有止流夹。其中前端、后端、内圆锥接头、双	通过			第12批

10961	C01010100114038049370000004	覆膜气管支架	MTN-QA-G-20/80-A-6/650	MTN-QA-G-20/80-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10962	C01010100114038049370000190	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201212/603015-B-8/650	MTN-QY-G-201212/603015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10963	C01010100114038049370000203	覆膜气管支架	MTN-QY-G-161212/503015-B-8/650	MTN-QY-G-161212/503015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10964	C01010100114038049370000274	覆膜气管支架	MTN-QC-G-12/45-A-6/650	MTN-QC-G-12/45-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10965	C01010100114038049370000291	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201414/603015-B-8/650	MTN-QY-G-201414/603015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10966	C01010100114038049370000295	覆膜气管支架	MTN-QC-G-22/80-A-6/650	MTN-QC-G-22/80-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10967	C01010100114038049370000350	覆膜气管支架	MTN-QC-G-14/20-A-6/650	MTN-QC-G-14/20-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10968	C01010100114038049370000713	覆膜气管支架	MTN-QY-G-161010/402520-B-8/650	MTN-QY-G-161010/402520-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10969	C01010100114038049370000928	覆膜气管支架	MTN-QY-G-161010/23010-B-8/650	MTN-QY-G-161010/23010-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10970	C01010100114038049370001072	覆膜气管支架	MTN-QY-G-221616/503015-B-8/650	MTN-QY-G-221616/503015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10971	C01010100114038049370001075	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201212/603020-B-8/650	MTN-QY-G-201212/603020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10972	C01010100114038049370001142	覆膜气管支架	MTN-QY-G-221614/301020-B-8/650	MTN-QY-G-221614/301020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10973	C01010100114038049370001146	覆膜气管支架	MTN-QC-G-16/35-A-6/650	MTN-QC-G-16/35-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10974	C01010100114038049370001534	覆膜气管支架	MTN-QY-G-141010/501010-B-6/650	MTN-QY-G-141010/501010-B-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10975	C01010100114038049370001674	覆膜气管支架	MTN-QY-G-221616/502515-B-8/650	MTN-QY-G-221616/502515-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10976	C01010100114038049370002307	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181212/303020-B-8/650	MTN-QY-G-181212/303020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10977	C01010100114038049370002552	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181212/503015-B-8/650	MTN-QY-G-181212/503015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10978	C01010100114038049370002568	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181212/303015-B-8/650	MTN-QY-G-181212/303015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10979	C01010100114038049370003013	覆膜气管支架	MTN-QY-G-121010/301010-B-6/650	MTN-QY-G-121010/301010-B-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10980	C01010100114038049370003098	覆膜气管支架	MTN-QC-G-20/80-A-6/650	MTN-QC-G-20/80-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10981	C01010100114038049370003258	覆膜气管支架	MTN-QC-G-16/70-A-6/650	MTN-QC-G-16/70-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10982	C01010100114038049370003414	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201414/503015-B-8/650	MTN-QY-G-201414/503015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10983	C01010100114038049370003502	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181212/403015-B-8/650	MTN-QY-G-181212/403015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10984	C01010100114038049370003547	覆膜气管支架	MTN-QY-G-221414/303515-B-8/650	MTN-QY-G-221414/303515-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10985	C01010100114038049370003609	覆膜气管支架	MTN-QY-G-161212/603015-B-8/650	MTN-QY-G-161212/603015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10986	C01010100114038049370003954	覆膜气管支架	MTN-QB-G-10/30-A-4/650	MTN-QB-G-10/30-A-4/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10987	C01010100114038049370003969	覆膜气管支架	MTN-QY-G-161212/403015-B-8/650	MTN-QY-G-161212/403015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10988	C01010100114038049370004027	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201616/601510-B-8/650	MTN-QY-G-201616/601510-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10989	C01010100114038049370004155	覆膜气管支架	MTN-QY-G-141210/2020010-B-6/650	MTN-QY-G-141210/2020010-B-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10990	C01010100114038049370004380	覆膜气管支架	MTN-QC-G-10/35-A-4/650	MTN-QC-G-10/35-A-4/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10991	C01010100114038049370004504	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201414/503020-B-8/650	MTN-QY-G-201414/503020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10992	C01010100114038049370004508	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201414/303020-B-8/650	MTN-QY-G-201414/303020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10993	C01010100114038049370005007	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181414/603015-B-8/650	MTN-QY-G-181414/603015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10994	C01010100114038049370005166	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201616/403020-B-8/650	MTN-QY-G-201616/403020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10995	C01010100114038049370005720	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201212/503020-B-8/650	MTN-QY-G-201212/503020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10996	C01010100114038049370005847	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181414/403020-B-8/650	MTN-QY-G-181414/403020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10997	C01010100114038049370005963	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181414/303020-B-8/650	MTN-QY-G-181414/303020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10998	C01010100114038049370006139	覆膜气管支架	MTN-QC-G-14/25-A-6/650	MTN-QC-G-14/25-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

10999	C01010100114038049370006177	覆膜气管支架	MTN-QC-G-16/30-A-6/650	MTN-QC-G-16/30-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11000	C01010100114038049370006213	覆膜气管支架	MTN-QJ-G-2216/3030-A-6/650	MTN-QJ-G-2216/3030-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11001	C01010100114038049370006495	覆膜气管支架	MTN-QC-G-20/60-A-6/650	MTN-QC-G-20/60-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11002	C01010100114038049370006545	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181212/603020-B-8/650	MTN-QY-G-181212/603020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11003	C01010100114038049370006754	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201414/403020-B-8/650	MTN-QY-G-201414/403020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11004	C01010100114038049370006773	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201414/603020-B-8/650	MTN-QY-G-201414/603020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11005	C01010100114038049370006804	覆膜气管支架	MTN-QC-G-18/70-A-6/650	MTN-QC-G-18/70-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11006	C01010100114038049370006825	覆膜气管支架	MTN-QC-G-16/90-A-6/650	MTN-QC-G-16/90-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11007	C01010100114038049370006859	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181212/603015-B-8/650	MTN-QY-G-181212/603015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11008	C01010100114038049370006995	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201212/403015-B-8/650	MTN-QY-G-201212/403015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11009	C01010100114038049370007052	覆膜气管支架	MTN-QC-G-20/50-A-6/650	MTN-QC-G-20/50-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11010	C01010100114038049370007278	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181414/603020-B-8/650	MTN-QY-G-181414/603020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11011	C01010100114038049370007313	覆膜气管支架	MTN-QC-G-10/40-A-4/650	MTN-QC-G-10/40-A-4/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11012	C01010100114038049370007377	覆膜气管支架	MTN-QC-G-12/35-A-6/650	MTN-QC-G-12/35-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11013	C01010100114038049370007435	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181212/403020-B-8/650	MTN-QY-G-181212/403020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11014	C01010100114038049370007450	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201414/403015-B-8/650	MTN-QY-G-201414/403015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11015	C01010100114038049370007605	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181414/403015-B-8/650	MTN-QY-G-181414/403015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11016	C01010100114038049370007614	覆膜气管支架	MTN-QC-G-18/80-A-6/650	MTN-QC-G-18/80-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11017	C01010100114038049370007667	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181414/302015-B-8/650	MTN-QY-G-181414/302015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11018	C01010100114038049370007972	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181212/503020-B-8/650	MTN-QY-G-181212/503020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11019	C01010100114038049370008036	覆膜气管支架	MTN-QC-G-10/15-A-4/650	MTN-QC-G-10/15-A-4/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11020	C01010100114038049370008388	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201616/302010-B-8/650	MTN-QY-G-201616/302010-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11021	C01010100114038049370008419	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181614/402030-B-8/650	MTN-QY-G-181614/402030-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11022	C01010100114038049370008608	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201616/501040-B-8/650	MTN-QY-G-201616/501040-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11023	C01010100114038049370009140	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201212/303015-B-8/650	MTN-QY-G-201212/303015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11024	C01010100114038049370009453	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181414/303015-B-8/650	MTN-QY-G-181414/303015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11025	C01010100114038049370009536	覆膜气管支架	MTN-QY-G-181414/503015-B-8/650	MTN-QY-G-181414/503015-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11026	C01010100114038049370009622	覆膜气管支架	MTN-QY-G-201212/403020-B-8/650	MTN-QY-G-201212/403020-B-8/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11027	C01010100114038049370009631	覆膜气管支架	MTN-QC-G-16/25-A-6/650	MTN-QC-G-16/25-A-6/650	国械注准20183130496	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架为自扩张式覆膜气管支架。支架形状分为直圆柱、双杯、双球、J型和Y型。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌，产品货架有效期2年。	通过			第12批

11028	C02020200114001057080000094	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):4.0，支架长度（mm):16	RV4016	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11029	C02020200114001057080000097	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.75，支架长度（mm):31	RV2731	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11030	C02020200114001057080000098	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.75，支架长度（mm):16	RV2716	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11031	C02020200114001057080000099	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.0，支架长度（mm):21	RV3021	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11032	C02020200114001057080000100	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.0，支架长度（mm):35	RV3035	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11033	C02020200114001057080000101	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.0，支架长度（mm):26	RV3026	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11034	C02020200114001057080000104	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.0，支架长度（mm):16	RV3016	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11035	C02020200114001057080000106	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.5，支架长度（mm):26	RV2526	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11036	C02020200114001057080000109	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm）:3.5，支架长度（mm）:31	RV3531	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11037	C02020200114001057080000110	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.5，支架长度（mm):26	RV3526	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11038	C02020200114001057080000111	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):4.0，支架长度（mm):35	RV4035	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11039	C02020200114001057080000112	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.25，支架长度（mm):21	RV2221	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11040	C02020200114001057080000116	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):4.0，支架长度（mm):31	RV4031	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11041	C02020200114001057080000119	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.5，支架长度（mm):16	RV2516	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11042	C02020200114001057080000122	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.75，支架长度（mm):35	RV2735	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11043	C02020200114001057080000124	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):4.0，支架长度（mm):26	RV4026	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11044	C02020200114001057080000125	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.25，支架长度（mm):16	RV2216	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11045	C02020200114001057080000129	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.5，支架长度（mm):16	RV3516	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11046	C02020200114001057080000133	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.75，支架长度（mm):21	RV2721	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11047	C02020200114001057080000139	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.5，支架长度（mm):21	RV2521	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11048	C02020200114001057080000140	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.0，支架长度（mm):31	RV3031	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11049	C02020200114001057080000144	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):4.0，支架长度（mm):21	RV4021	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11050	C02020200114001057080000145	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.5，支架长度（mm):31	RV2531	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11051	C02020200114001057080000146	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.5，支架长度（mm):21	RV3521	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11052	C02020200114001057080000148	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.75，支架长度（mm):26	RV2726	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11053	C02020200114001057080000151	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):2.25，支架长度（mm):26	RV2226	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11054	C02020200114001057080000152	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统-支架	支架内径（mm):3.5，支架长度（mm):35	RV3535	国械注准20143132100	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	临床适应证：1）缺血性心脏患者冠状动脉病变长度小于等于36mm，血管直径为2.25-4.0mm；2）被保护的左冠状动脉主干病变；3）PTCA术治疗不满意或术中术后出现闭塞及再狭窄病变。	冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统由球囊扩张型冠脉支架、凹槽携载式单面药物涂层和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素（Rapamycin）和可降解的消旋聚乳酸（PDLLA）组成，储存在凹槽内。输送系统为快	通过			第12批

11055	C02020200114001057080000179	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):3.0，支架长度（mm):21	G3021	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11056	C020202001140010570800001 90	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):4.0，支架长度（mm):21	G4021	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11057	C020202001140010570800001 93	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):3.5，支架长度（mm):21	G3521	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11058	C02020200114001057080000194	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):2.75，支架长度（mm):16	G2716	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11059	C02020200114001057080000196	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm）:3.5，支架长度（mm）:26	G3526	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11060	C0202020011400105708000019 7	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm）:4.0，支架长度（mm）:16	G4016	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11061	C020202001140010570800001 98	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm）:3.5，支架长度（mm）:16	G3516	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11062	C02020200114001057080000199	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):4.0，支架长度（mm):31	G4031	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11063	C02020200114001057080000204	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):3.0，支架长度（mm):31	G3031	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11064	C02020200114001057080000206	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):2.5，支架长度（mm):21	G2521	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11065	C02020200114001057080000207	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):3.0，支架长度（mm):26	G3026	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11066	C02020200114001057080000208	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):2.75，支架长度（mm):21	G2721	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11067	C02020200114001057080000211	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):3.0，支架长度（mm):16	G3016	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11068	C02020200114001057080000215	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):3.5，支架长度（mm):31	G3531	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11069	C02020200114001057080000216	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):2.5，支架长度（mm):16	G2516	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11070	C020202001140010570800000218	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):2.5，支架长度（mm):26	G2526	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11071	C020202001140010570800002 20	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):4.0，支架长度（mm):26	G4026	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11072	C02020200114001057080000221	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):2.75，支架长度（mm):26	G2726	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11073	C020202001140010570800002222	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统-支架	支架直径（mm):2.5，支架长度（mm):31	G2531	国械注准20163132305	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，使用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L605钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，支架含雷帕霉素量为120~305μg，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张导管，球囊的材料为	通过			第12批

11074	C02020200114001057080000153	冠脉雷帕霉素洗脱钴基合金支架系统	FBP3023	FBP3023	国械注准20223131010	甲类	001-支架类	是-国家	中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	该产品用于改善局部缺血性心脏病患者的血管狭窄症状，适用的病变长度小于30mm，参考血管直径为2.5-4.0mm；单支（单处或多处）血管病变；被保护的左冠状动脉主干病变；PTCA术中的急性闭塞或濒临闭塞；PTCA结果不满意，残留狭窄明显的病变；PTCA术后冠状动脉再狭窄病变。	该产品由预装的药物支架和输送系统组成。金属支架由L604钴铬合金制成；涂层由储药层和外层控释层组成，储药层由雷帕霉素和苯乙烯异丁烯共聚物组成，雷帕雷素剂量密度9.0ug/mm，总含量为120~305ug，控释层的材料为苯乙烯异丁烯共聚物。输送系统为快速交换型球囊扩张	通过			第12批

11075	C01010100114015049370005730	可过活检孔道气管支架	QA-L-12/40-2.7/1200	QA-L-12/40-2.7/1200	国械注准20183130362	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品适用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	产品由气管支架组成。支架主要材料为镍钛形状记忆合金。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架寿命2年。	通过			第12批

11076	C01010100114015049370005736	可过活检孔道气管支架	QA-L-16/40-2.7/1200	QA-L-16/40-2.7/1200	国械注准20183130362	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品适用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	产品由气管支架组成。支架主要材料为镍钛形状记忆合金。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架寿命2年。	通过			第12批

11077	C01010100114015049370005740	可过活检孔道气管支架	QA-L-18/40-2.7/1200	QA-L-18/40-2.7/1200	国械注准20183130362	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品适用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	产品由气管支架组成。支架主要材料为镍钛形状记忆合金。该产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，产品货架寿命2年。	通过			第12批

11078	C01010100114015049370000114	气管支架	MTN-QA-S-14/30-A-6/650	MTN-QA-S-14/30-A-6/650	国械注准20163131471	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架由镍钛合金制成，无覆膜，其中镍含量54.5%-57%。支架形式：直圆柱和Y形直圆柱，结构为手编。支架直径10-22mm，支架长度20-100mm。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命2年。	通过			第12批

11079	C01010100114015049370000176	气管支架	MTN-QA-S-12/30-A-4/650	MTN-QA-S-12/30-A-4/650	国械注准20163131471	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架由镍钛合金制成，无覆膜，其中镍含量54.5%-57%。支架形式：直圆柱和Y形直圆柱，结构为手编。支架直径10-22mm，支架长度20-100mm。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命2年。	通过			第12批

11080	C01010100114015049370000447	气管支架	MTN-QA-S-12/40-A-4/650	MTN-QA-S-12/40-A-4/650	国械注准20163131471	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架由镍钛合金制成，无覆膜，其中镍含量54.5%-57%。支架形式：直圆柱和Y形直圆柱，结构为手编。支架直径10-22mm，支架长度20-100mm。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命2年。	通过			第12批

11081	C01010100114015049370000612	气管支架	MTN-QA-S-16/30-A-6/650	MTN-QA-S-16/30-A-6/650	国械注准20163131471	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架由镍钛合金制成，无覆膜，其中镍含量54.5%-57%。支架形式：直圆柱和Y形直圆柱，结构为手编。支架直径10-22mm，支架长度20-100mm。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命2年。	通过			第12批

11082	C01010100114015049370000628	气管支架	MTN-QA-S-14/60-A-6/650	MTN-QA-S-14/60-A-6/650	国械注准20163131471	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架由镍钛合金制成，无覆膜，其中镍含量54.5%-57%。支架形式：直圆柱和Y形直圆柱，结构为手编。支架直径10-22mm，支架长度20-100mm。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命2年。	通过			第12批

11083	C01010100114015049370000728	气管支架	MTN-QA-S-18/30-A-6/650	MTN-QA-S-18/30-A-6/650	国械注准20163131471	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架由镍钛合金制成，无覆膜，其中镍含量54.5%-57%。支架形式：直圆柱和Y形直圆柱，结构为手编。支架直径10-22mm，支架长度20-100mm。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命2年。	通过			第12批

11084	C01010100114015049370001014	气管支架	MTN-QB-S-20/30-B-8/600	MTN-QB-S-20/30-B-8/600	国械注准20163131471	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄。	该支架由镍钛合金制成，无覆膜，其中镍含量54.5%-57%。支架形式：直圆柱和Y形直圆柱，结构为手编。支架直径10-22mm，支架长度20-100mm。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架寿命2年。	通过			第12批

11085	C02020300115000091240000016	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS4015	LPS4015	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11086	C02020300115000091240000017	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS3029	LPS3029	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11087	C02020300115000091240000018	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS3715	LPS3715	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	″1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11088	C02020300115000091240000019	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS4018	LPS4018	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11089	C02020300115000091240000020	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS3712	LPS3712	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11090	C02020300115000091240000021	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS2729	LPS2729	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11091	C02020300115000091240000022	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS3724	LPS3724	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11092	C02020300115000091240000023	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS3721	LPS3721	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11093	C02020300115000091240000024	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS4021	LPS4021	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11094	C02020300115000091240000025	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS3529	LPS3529	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11095	C02020300115000091240000026	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS4024	LPS4024	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11096	C02020300115000091240000027	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS3729	LPS3729	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11097	C02020300115000091240000028	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS4029	LPS4029	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11098	C02020300115000091240000029	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS3718	LPS3718	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11099	C02020300115000091240000030	生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统	LPS4012	LPS4012	国械注准20193130093	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	"1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进行		支架	用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。参考血管直径2.75-4.25mm，病变长度≤25mm。	该产品由支架和输送系统组成。支架由支架基体、显影标记、药物载体涂层三部分组成。其中支架基体材料为左旋聚乳酸（PLLA），在支架的近端、远端各有一对显影标记，药物为雷帕霉素，涂层材料为外消旋聚乳酸（PDLLA）。输送系统由尼龙11、尼龙12、304L不锈钢、聚乙烯、	通过			第12批

11100	C01020600114049049370000341	食道支架	MTN-SKE-G-S-16/100-B-8/650	MTN-SKE-G-S-16/100-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11101	C01020600114049049370000359	食道支架	MTN-SKE-G-S-20/130-B-8/650	MTN-SKE-G-S-20/130-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11102	C01020600114049049370000367	食道支架	MTN-SKE-G-S-20/50-B-8/650	MTN-SKE-G-S-20/50-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11103	C01020600114049049370000408	食道支架	MTN-SKE-G-S-18/110-B-8/650	MTN-SKE-G-S-18/110-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11104	C01020600114049049370000449	食道支架	MTN-SKE-G-S-20/70-B-8/650	MTN-SKE-G-S-20/70-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11105	C01020600114049049370000464	食道支架	MTN-SKE-G-S-22/120-B-8/650	MTN-SKE-G-S-22/120-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11106	C01020600114049049370000517	食道支架	MTN-SKE-G-S-16/120-B-8/650	MTN-SKE-G-S-16/120-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11107	C01020600114049049370000544	食道支架	MTN-SKE-G-S-18/40-B-8/650	MTN-SKE-G-S-18/40-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11108	C01020600114049049370000561	食道支架	MTN-SKE-G-S-20/110-B-8/650	MTN-SKE-G-S-20/110-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11109	C01020600114049049370000577	食道支架	MTN-SKE-G-S-22/60-B-8/650	MTN-SKE-G-S-22/60-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11110	C01020600114049049370000582	食道支架	MTN-SKE-G-S-20/150-B-8/650	MTN-SKE-G-S-20/150-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11111	C01020600114049049370000616	食道支架	MTN-SKE-G-S-16/80-B-8/650	MTN-SKE-G-S-16/80-B-8/650	国械注准20173130120	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	该产品与放射粒子配合使用。用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子（125I）固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。	该产品由支架组成。支架分为手编支架和针织支架。支架形状分为直圆柱网状、单喇叭圆柱网状、单杯口圆柱网状、双喇叭口圆柱网状、杯口球头圆柱网状、双杯口圆柱网状、杯口喇叭圆柱网状、双球头圆柱网状。支架由镍钛丝编织制成，外表面固定有同材质镍钛合金丝制成的预期用于携	通过			第12批

11112	C01020700114053100880000020	消化系统支架	NB-20/100-Q2-X-3.3/1600	NB	国械注准20203130186	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	″1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于上下消化道及胆道狭窄及阻塞部位的扩张和支撑。	该产品是由镍钛形状记忆合金丝编织而成的管型网格结构，可有/无硅橡胶覆膜，一端可有/无辅助线，分无菌和非无菌两种形式。组成材料主要为镍钛形状记忆合金丝、硅橡胶、尼龙线。置入器由引导头、芯管、外套管、安全锁、前手柄、推送杆、后手柄、不锈钢管、调节手柄等组成，分无	通过			第12批

11113	C01020700114053100880000049	消化系统支架	NB-20/120-Q2-X-3.3/1950	NB	国械注准20203130186	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于上下消化道及胆道狭窄及阻塞部位的扩张和支撑。	该产品是由镍钛形状记忆合金丝编织而成的管型网格结构，可有/无硅橡胶覆膜，一端可有/无辅助线，分无菌和非无菌两种形式。组成材料主要为镍钛形状记忆合金丝、硅橡胶、尼龙线。置入器由引导头、芯管、外套管、安全锁、前手柄、推送杆、后手柄、不锈钢管、调节手柄等组成，分无	通过			第12批

11114	C01020700114053100880000064	消化系统支架	NB-20/80-Q2-X-3.3/1950	NB	国械注准20203130186	甲类	001-支架类	否			是	31	(一)临床各系统诊疗	"1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类。2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方		支架	用于上下消化道及胆道狭窄及阻塞部位的扩张和支撑。	该产品是由镍钛形状记忆合金丝编织而成的管型网格结构，可有/无硅橡胶覆膜，一端可有/无辅助线，分无菌和非无菌两种形式。组成材料主要为镍钛形状记忆合金丝、硅橡胶、尼龙线。置入器由引导头、芯管、外套管、安全锁、前手柄、推送杆、后手柄、不锈钢管、调节手柄等组成，分无	通过			第12批

11115	C02051900114000118510000001	血流导向密网支架	SM*FDD-475-14	SM*FDD-475-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11116	C02051900114000118510000002	血流导向密网支架	SM*FDD-200-14	SM*FDD-200-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11117	C02051900114000118510000003	血流导向密网支架	SM*FDD-400-10	SM*FDD-400-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11118	C02051900114000118510000004	血流导向密网支架	SM*FDD-275-10	SM*FDD-275-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11119	C02051900114000118510000005	血流导向密网支架	SM*FDD-300-30	SM*FDD-300-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11120	C02051900114000118510000006	血流导向密网支架	SM*FDD-500-20	SM*FDD-500-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11121	C02051900114000118510000007	血流导向密网支架	SM*FDD-250-16	SM*FDD-250-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11122	C02051900114000118510000008	血流导向密网支架	SM*FDD-325-12	SM*FDD-325-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11123	C02051900114000118510000009	血流导向密网支架	SM*FDD-200-10	SM*FDD-200-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11124	C02051900114000118510000010	血流导向密网支架	SM*FDD-350-25	SM*FDD-350-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11125	C02051900114000118510000011	血流导向密网支架	SM*FDD-400-30	SM*FDD-400-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11126	C02051900114000118510000012	血流导向密网支架	SM*FDD-500-18	SM*FDD-500-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11127	C02051900114000118510000013	血流导向密网支架	SM*FDD-325-10	SM*FDD-325-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11128	C02051900114000118510000014	血流导向密网支架	SM*FDD-650-40	SM*FDD-650-40	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11129	C02051900114000118510000015	血流导向密网支架	SM*FDD-350-12	SM*FDD-350-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11130	C02051900114000118510000016	血流导向密网支架	SM*FDD-450-14	SM*FDD-450-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11131	C02051900114000118510000017	血流导向密网支架	SM*FDD-325-35	SM*FDD-325-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11132	C02051900114000118510000018	血流导向密网支架	SM*FDD-200-16	SM*FDD-200-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11133	C02051900114000118510000019	血流导向密网支架	SM*FDD-425-25	SM*FDD-425-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11134	C02051900114000118510000020	血流导向密网支架	SM*FDD-475-30	SM*FDD-475-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11135	C02051900114000118510000021	血流导向密网支架	SM*FDD-475-25	SM*FDD-475-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11136	C02051900114000118510000022	血流导向密网支架	SM*FDD-500-12	SM*FDD-500-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11137	C02051900114000118510000023	血流导向密网支架	SM*FDD-425-18	SM*FDD-425-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11138	C02051900114000118510000024	血流导向密网支架	SM*FDD-200-12	SM*FDD-200-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11139	C02051900114000118510000025	血流导向密网支架	SM*FDD-425-10	SM*FDD-425-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11140	C02051900114000118510000026	血流导向密网支架	SM*FDD-450-35	SM*FDD-450-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11141	C02051900114000118510000027	血流导向密网支架	SM*FDD-275-18	SM*FDD-275-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11142	C02051900114000118510000028	血流导向密网支架	SM*FDD-450-12	SM*FDD-450-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11143	C02051900114000118510000029	血流导向密网支架	SM*FDD-350-10	SM*FDD-350-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11144	C02051900114000118510000030	血流导向密网支架	SM*FDD-375-30	SM*FDD-375-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11145	C02051900114000118510000031	血流导向密网支架	SM*FDD-375-14	SM*FDD-375-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11146	C02051900114000118510000032	血流导向密网支架	SM*FDD-550-30	SM*FDD-550-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11147	C02051900114000118510000033	血流导向密网支架	SM*FDD-425-20	SM*FDD-425-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11148	C02051900114000118510000034	血流导向密网支架	SM*FDD-400-35	SM*FDD-400-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11149	C02051900114000118510000035	血流导向密网支架	SM*FDD-200-18	SM*FDD-200-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11150	C02051900114000118510000036	血流导向密网支架	SM*FDD-250-10	SM*FDD-250-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11151	C02051900114000118510000037	血流导向密网支架	SM*FDD-300-14	SM*FDD-300-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11152	C02051900114000118510000038	血流导向密网支架	SM*FDD-300-25	SM*FDD-300-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11153	C02051900114000118510000039	血流导向密网支架	SM*FDD-475-10	SM*FDD-475-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11154	C02051900114000118510000040	血流导向密网支架	SM*FDD-500-10	SM*FDD-500-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11155	C02051900114000118510000041	血流导向密网支架	SM*FDD-450-16	SM*FDD-450-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11156	C02051900114000118510000042	血流导向密网支架	SM*FDD-550-50	SM*FDD-550-50	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11157	C02051900114000118510000043	血流导向密网支架	SM*FDD-650-50	SM*FDD-650-50	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11158	C02051900114000118510000044	血流导向密网支架	SM*FDD-350-30	SM*FDD-350-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11159	C02051900114000118510000045	血流导向密网支架	SM*FDD-450-10	SM*FDD-450-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11160	C02051900114000118510000046	血流导向密网支架	SM*FDD-250-18	SM*FDD-250-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11161	C02051900114000118510000047	血流导向密网支架	SM*FDD-325-30	SM*FDD-325-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11162	C02051900114000118510000048	血流导向密网支架	SM*FDD-300-12	SM*FDD-300-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11163	C02051900114000118510000049	血流导向密网支架	SM*FDD-375-25	SM*FDD-375-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11164	C02051900114000118510000050	血流导向密网支架	SM*FDD-400-12	SM*FDD-400-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11165	C02051900114000118510000051	血流导向密网支架	SM*FDD-500-25	SM*FDD-500-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11166	C02051900114000118510000052	血流导向密网支架	SM*FDD-450-20	SM*FDD-450-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11167	C02051900114000118510000053	血流导向密网支架	SM*FDD-400-14	SM*FDD-400-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11168	C02051900114000118510000054	血流导向密网支架	SM*FDD-200-20	SM*FDD-200-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11169	C02051900114000118510000055	血流导向密网支架	SM*FDD-425-35	SM*FDD-425-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11170	C02051900114000118510000056	血流导向密网支架	SM*FDD-275-14	SM*FDD-275-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11171	C02051900114000118510000057	血流导向密网支架	SM*FDD-325-25	SM*FDD-325-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11172	C02051900114000118510000058	血流导向密网支架	SM*FDD-375-18	SM*FDD-375-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11173	C02051900114000118510000059	血流导向密网支架	SM*FDD-600-40	SM*FDD-600-40	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11174	C02051900114000118510000060	血流导向密网支架	SM*FDD-350-20	SM*FDD-350-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11175	C02051900114000118510000061	血流导向密网支架	SM*FDD-375-20	SM*FDD-375-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11176	C02051900114000118510000062	血流导向密网支架	SM*FDD-375-16	SM*FDD-375-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11177	C02051900114000118510000063	血流导向密网支架	SM*FDD-325-18	SM*FDD-325-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11178	C02051900114000118510000064	血流导向密网支架	SM*FDD-425-14	SM*FDD-425-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11179	C02051900114000118510000065	血流导向密网支架	SM*FDD-275-16	SM*FDD-275-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11180	C02051900114000118510000066	血流导向密网支架	SM*FDD-300-35	SM*FDD-300-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11181	C02051900114000118510000067	血流导向密网支架	SM*FDD-650-30	SM*FDD-650-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11182	C02051900114000118510000068	血流导向密网支架	SM*FDD-300-10	SM*FDD-300-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11183	C02051900114000118510000069	血流导向密网支架	SM*FDD-250-14	SM*FDD-250-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11184	C02051900114000118510000070	血流导向密网支架	SM*FDD-425-30	SM*FDD-425-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11185	C02051900114000118510000071	血流导向密网支架	SM*FDD-475-20	SM*FDD-475-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11186	C02051900114000118510000072	血流导向密网支架	SM*FDD-450-30	SM*FDD-450-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11187	C02051900114000118510000073	血流导向密网支架	SM*FDD-500-30	SM*FDD-500-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11188	C02051900114000118510000074	血流导向密网支架	SM*FDD-550-35	SM*FDD-550-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11189	C02051900114000118510000075	血流导向密网支架	SM*FDD-400-16	SM*FDD-400-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11190	C02051900114000118510000076	血流导向密网支架	SM*FDD-475-12	SM*FDD-475-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11191	C02051900114000118510000077	血流导向密网支架	SM*FDD-275-20	SM*FDD-275-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11192	C02051900114000118510000078	血流导向密网支架	SM*FDD-325-16	SM*FDD-325-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11193	C02051900114000118510000079	血流导向密网支架	SM*FDD-550-40	SM*FDD-550-40	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11194	C02051900114000118510000080	血流导向密网支架	SM*FDD-300-20	SM*FDD-300-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11195	C02051900114000118510000081	血流导向密网支架	SM*FDD-325-20	SM*FDD-325-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11196	C02051900114000118510000082	血流导向密网支架	SM*FDD-375-35	SM*FDD-375-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11197	C02051900114000118510000083	血流导向密网支架	SM*FDD-500-16	SM*FDD-500-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11198	C02051900114000118510000084	血流导向密网支架	SM*FDD-475-18	SM*FDD-475-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11199	C02051900114000118510000085	血流导向密网支架	SM*FDD-475-16	SM*FDD-475-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11200	C02051900114000118510000086	血流导向密网支架	SM*FDD-425-16	SM*FDD-425-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11201	C02051900114000118510000087	血流导向密网支架	SM*FDD-425-12	SM*FDD-425-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11202	C02051900114000118510000088	血流导向密网支架	SM*FDD-475-35	SM*FDD-475-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11203	C02051900114000118510000089	血流导向密网支架	SM*FDD-325-14	SM*FDD-325-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11204	C02051900114000118510000090	血流导向密网支架	SM*FDD-350-14	SM*FDD-350-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11205	C02051900114000118510000091	血流导向密网支架	SM*FDD-350-18	SM*FDD-350-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11206	C02051900114000118510000092	血流导向密网支架	SM*FDD-450-25	SM*FDD-450-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11207	C02051900114000118510000093	血流导向密网支架	SM*FDD-250-12	SM*FDD-250-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11208	C02051900114000118510000094	血流导向密网支架	SM*FDD-600-35	SM*FDD-600-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11209	C02051900114000118510000095	血流导向密网支架	SM*FDD-375-10	SM*FDD-375-10	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11210	C02051900114000118510000096	血流导向密网支架	SM*FDD-500-35	SM*FDD-500-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11211	C02051900114000118510000097	血流导向密网支架	SM*FDD-400-18	SM*FDD-400-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11212	C02051900114000118510000098	血流导向密网支架	SM*FDD-275-12	SM*FDD-275-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11213	C02051900114000118510000099	血流导向密网支架	SM*FDD-375-12	SM*FDD-375-12	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11214	C02051900114000118510000100	血流导向密网支架	SM*FDD-650-35	SM*FDD-650-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11215	C02051900114000118510000101	血流导向密网支架	SM*FDD-300-16	SM*FDD-300-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11216	C02051900114000118510000102	血流导向密网支架	SM*FDD-400-20	SM*FDD-400-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11217	C02051900114000118510000103	血流导向密网支架	SM*FDD-300-18	SM*FDD-300-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11218	C02051900114000118510000104	血流导向密网支架	SM*FDD-600-50	SM*FDD-600-50	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11219	C02051900114000118510000105	血流导向密网支架	SM*FDD-600-30	SM*FDD-600-30	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11220	C02051900114000118510000106	血流导向密网支架	SM*FDD-450-18	SM*FDD-450-18	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11221	C02051900114000118510000107	血流导向密网支架	SM*FDD-250-20	SM*FDD-250-20	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11222	C02051900114000118510000108	血流导向密网支架	SM*FDD-500-14	SM*FDD-500-14	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11223	C02051900114000118510000109	血流导向密网支架	SM*FDD-350-35	SM*FDD-350-35	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11224	C02051900114000118510000110	血流导向密网支架	SM*FDD-400-25	SM*FDD-400-25	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11225	C02051900114000118510000111	血流导向密网支架	SM*FDD-350-16	SM*FDD-350-16	国械注准20253130343	丙类	001-支架类	是-重庆	不视为非中选	血管介入类（外周血管介入导引通路等4种）医用耗材带量采购目录-河北2025	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于成人患者颈内动脉（岩骨段至末端）与椎动脉未破裂的宽颈（瘤颈宽≥4mm或瘤体/瘤颈比＜2）的囊状或梭状动脉瘤，且载瘤血管直径≥2.0mm且≤6.0mm。	该产品由密网支架、输送导丝和导入鞘组成，附带扭转器配件。支架由钴铬合金丝和铂钨合金丝编织而成，表面有聚磷酰胆碱（MPC）涂层。输送导丝由显影弹簧、镍钛网、硅胶垫、显影 点、导丝芯轴、螺旋管等组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。	通过			第12批

11226	C02020200114001042540000001	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 8mm	RONYX27508X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11227	C02020200114001042540000002	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 22mm	RONYX22522X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11228	C02020200114001042540000003	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 18mm	RONYX25018X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11229	C020202001140010425400000004	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 8mm	RONYX30008X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11230	C02020200114001042540000005	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 8mm	RONYX22508X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11231	C02020200114001042540000006	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 22mm	RONYX35022X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11232	C02020200114001042540000007	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 18mm	RONYX30018X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11233	C02020200114001042540000008	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 12mm	RONYX27512X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11234	C02020200114001042540000009	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 34mm	RONYX35034X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11235	C02020200114001042540000010	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 22mm	RONYX30022X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11236	C02020200114001042540000011	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.5 x 22mm	RONYX45022X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11237	C02020200114001042540000012	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 22mm	RONYX27522X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11238	C02020200114001042540000013	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 12mm	RONYX35012X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11239	C02020200114001042540000014	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.0 x 8mm	RONYX20008X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11240	C02020200114001042540000015	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 5.0 x 22mm	RONYX50022X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11241	C02020200114001042540000016	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.0 x 26mm	RONYX40026X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11242	C02020200114001042540000017	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.0 x 22mm	RONYX40022X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11243	C02020200114001042540000018	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 34mm	RONYX25034X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11244	C02020200114001042540000019	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 5.0 x 15mm	RONYX50015X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11245	C02020200114001042540000020	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 30mm	RONYX30030X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11246	C02020200114001042540000022	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 12mm	RONYX25012X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11247	C02020200114001042540000023	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.0 x 15mm	RONYX40015X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11248	C02020200114001042540000024	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 15mm	RONYX22515X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11249	C02020200114001042540000025	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 15mm	RONYX30015X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11250	C02020200114001042540000026	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 34mm	RONYX22534X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11251	C02020200114001042540000027	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 8mm	RONYX25008X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11252	C02020200114001042540000028	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.0 x 15mm	RONYX20015X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11253	C02020200114001042540000029	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 26mm	RONYX30026X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11254	C02020200114001042540000030	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 26mm	RONYX35026X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11255	C02020200114001042540000031	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.0 x 18mm	RONYX40018X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11256	C02020200114001042540000032	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.0 x 34mm	RONYX40034X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11257	C02020200114001042540000033	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 34mm	RONYX30034X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11258	C02020200114001042540000034	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 5.0 x 12mm	RONYX50012X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11259	C02020200114001042540000035	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.0 x 18mm	RONYX20018X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11260	C02020200114001042540000036	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 38mm	RONYX25038X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11261	C02020200114001042540000037	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.0 x 26mm	RONYX20026X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11262	C02020200114001042540000038	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 26mm	RONYX25026X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11263	C02020200114001042540000039	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 8mm	RONYX35008X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11264	C02020200114001042540000040	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.5 x 15mm	RONYX45015X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11265	C02020200114001042540000041	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.0 x 30mm	RONYX20030X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11266	C02020200114001042540000042	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.0 x 22mm	RONYX20022X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11267	C02020200114001042540000043	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 26mm	RONYX27526X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11268	C02020200114001042540000044	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 5.0 x 26mm	RONYX50026X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11269	C02020200114001042540000045	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.0 x 30mm	RONYX40030X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11270	C02020200114001042540000046	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 34mm	RONYX27534X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11271	C02020200114001042540000047	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 18mm	RONYX27518X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11272	C02020200114001042540000048	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 38mm	RONYX22538X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11273	C02020200114001042540000049	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 5.0 x 30mm	RONYX50030X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11274	C020202001140010425400000050	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.0 x 12mm	RONYX20012X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11275	C02020200114001042540000051	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 22mm	RONYX25022X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11276	C02020200114001042540000052	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 15mm	RONYX35015X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11277	C02020200114001042540000053	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 12mm	RONYX30012X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11278	C02020200114001042540000054	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.0 x 12mm	RONYX40012X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11279	C02020200114001042540000055	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 5.0 x 18mm	RONYX50018X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11280	C02020200114001042540000056	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.5 x 26mm	RONYX45026X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11281	C02020200114001042540000057	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 30mm	RONYX22530X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11282	C02020200114001042540000058	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 12mm	RONYX22512X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11283	C02020200114001042540000059	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 15mm	RONYX25015X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11284	C02020200114001042540000060	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.5 x 12mm	RONYX45012X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11285	C02020200114001042540000061	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.5 x 30mm	RONYX45030X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11286	C02020200114001042540000062	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 30mm	RONYX35030X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11287	C02020200114001042540000063	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.0 x 38mm	RONYX30038X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11288	C02020200114001042540000064	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 30mm	RONYX27530X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11289	C02020200114001042540000065	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 18mm	RONYX22518X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11290	C02020200114001042540000066	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 18mm	RONYX35018X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11291	C02020200114001042540000067	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.25 x 26mm	RONYX22526X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11292	C02020200114001042540000068	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.5 x 30mm	RONYX25030X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11293	C02020200114001042540000069	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 3.5 x 38mm	RONYX35038X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11294	C02020200114001042540000070	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.5 x 18mm	RONYX45018X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11295	C02020200114001042540000071	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 38mm	RONYX27538X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11296	C02020200114001042540000072	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 2.75 x 15mm	RONYX27515X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11297	C02020200114001042540000073	药物洗脱冠脉支架系统	Resolute Onyx 4.0 x 8mm	RONYX40008X	国械注进20223130552	甲类	001-支架类	是-国家	非中选	冠脉支架带量接续采购项目	是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品适用于符合进行经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA)，参考血管直径为2.0mm至5.0mm，病变长度≤38mm的患者扩大原发性冠状动脉狭窄的血管直径。	该产品由药物洗脱支架和快速交换型输送系统组成。药物洗脱支架由金属支架、底涂层和药物涂层组成；金属支架由钴镍铬钼合金外壳和铂铱合金芯丝制成；底涂层由Parylene C组成；药物涂层由佐他莫司(Zotarolimus)和BioLinx聚合物构成，药物含量的标称剂量1.6μg/mm2。环氧乙	通过			第12批

11298	C01030100115074169760000009	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-ND-4.8C	VJG-ND-4.8C	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11299	C01030100115074169760000010	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-ND-5C	VJG-ND-5C	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11300	C01030100115074169760000014	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-ND-6C	VJG-ND-6C	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11301	C01030100115074169760000015	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-ND-7C	VJG-ND-7C	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11302	C01030100115074169760000018	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-ND-5B	VJG-ND-5B	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11303	C01030100115074169760000019	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-ND-6B	VJG-ND-6B	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11304	C01030100115074169760000026	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-QD-5C	VJG-QD-5C	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11305	C01030100115074169760000027	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-QD-6C	VJG-QD-6C	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11306	C01030100115074169760000030	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-QD-5B	VJG-QD-5B	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11307	C01030100115074169760000031	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-QD-6B	VJG-QD-6B	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11308	C01030100115092169760000006	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-QD-5	VJG-QD-5	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11309	C01030100115092169760000007	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-QD-6	VJG-QD-6	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11310	C01030100115092169760000010	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-ND-5	VJG-ND-5	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11311	C01030100115092169760000011	一次性使用 J 型导管及附件	VJG-ND-6	VJG-ND-6	湘械注准20242140766	甲类	001-支架类	否			是	331201008	经尿道前列腺支架置入术		支架	支架	通过对人体输尿管进行支撑和引流，用于治疗输尿管堵塞和狭窄。在体内滞留时间小于 30 天。	一次性使用 J 型导管及附件由 J 型导管、助推管、固定夹和导丝组成；导丝为附件。其中单 J 型导管由管体和接头组成；防逆流型 J 型导管由管体和防逆流瓣组成；亲水型和防逆流型 J 型导管表面覆盖亲水涂层；普通导丝由内芯、绕丝组成；超滑导丝由内芯、包塑层、亲水涂层组成；斑	通过			第12批

11312	C02060700114018081900000009	主动脉覆膜支架-支架	28-28S80G68	AM	国械注准20183131694	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品与输送系统配合使用，经送放器送入预期治疗部位后释放以修复血管病变。用于主动脉夹层动脉瘤（B型）和主动脉真性或假性动脉瘤介入治疗。	产品由作为支撑物的金属支架和作为覆盖物的人工血管两部分构成。支撑架、边缘架、固定弹簧、连接丝（直丝）由镍钛形状记忆合金丝制成，人工血管由涤纶复合材料制成，带有铂金标记环。形状包括为直形和锥形。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

11313	C02060700114018081900000014	主动脉覆膜支架-支架	20-14S40G34	AS	国械注准20183131694	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品与输送系统配合使用，经送放器送入预期治疗部位后释放以修复血管病变。用于主动脉夹层动脉瘤（B型）和主动脉真性或假性动脉瘤介入治疗。	产品由作为支撑物的金属支架和作为覆盖物的人工血管两部分构成。支撑架、边缘架、固定弹簧、连接丝（直丝）由镍钛形状记忆合金丝制成，人工血管由涤纶复合材料制成，带有铂金标记环。形状包括为直形和锥形。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

11314	C02060700114018081900000022	主动脉覆膜支架-支架	26-26S80G68	AM	国械注准20183131694	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品与输送系统配合使用，经送放器送入预期治疗部位后释放以修复血管病变。用于主动脉夹层动脉瘤（B型）和主动脉真性或假性动脉瘤介入治疗。	产品由作为支撑物的金属支架和作为覆盖物的人工血管两部分构成。支撑架、边缘架、固定弹簧、连接丝（直丝）由镍钛形状记忆合金丝制成，人工血管由涤纶复合材料制成，带有铂金标记环。形状包括为直形和锥形。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

11315	C02060700114018081900000025	主动脉覆膜支架-支架	20-14S80G74	AS	国械注准20183131694	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品与输送系统配合使用，经送放器送入预期治疗部位后释放以修复血管病变。用于主动脉夹层动脉瘤（B型）和主动脉真性或假性动脉瘤介入治疗。	产品由作为支撑物的金属支架和作为覆盖物的人工血管两部分构成。支撑架、边缘架、固定弹簧、连接丝（直丝）由镍钛形状记忆合金丝制成，人工血管由涤纶复合材料制成，带有铂金标记环。形状包括为直形和锥形。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

11316	C02060700114018081900000063	主动脉覆膜支架-支架	22-22S80G70	AM	国械注准20183131694	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品与输送系统配合使用，经送放器送入预期治疗部位后释放以修复血管病变。用于主动脉夹层动脉瘤（B型）和主动脉真性或假性动脉瘤介入治疗。	产品由作为支撑物的金属支架和作为覆盖物的人工血管两部分构成。支撑架、边缘架、固定弹簧、连接丝（直丝）由镍钛形状记忆合金丝制成，人工血管由涤纶复合材料制成，带有铂金标记环。形状包括为直形和锥形。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

11317	C02060700114018081900000075	主动脉覆膜支架-支架	20-12S80G74	AS	国械注准20183131694	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品与输送系统配合使用，经送放器送入预期治疗部位后释放以修复血管病变。用于主动脉夹层动脉瘤（B型）和主动脉真性或假性动脉瘤介入治疗。	产品由作为支撑物的金属支架和作为覆盖物的人工血管两部分构成。支撑架、边缘架、固定弹簧、连接丝（直丝）由镍钛形状记忆合金丝制成，人工血管由涤纶复合材料制成，带有铂金标记环。形状包括为直形和锥形。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

11318	C02060700114018081900000089	主动脉覆膜支架-支架	24-24S80G68	AM	国械注准20183131694	甲类	001-支架类	否			是	32	(二)经血管(内、外)介入诊疗	”1.本类包括静脉、动脉、门脉、心脏、冠脉、脑血管、肌肉骨骼系统介入7个第三级分类项目。2.以诊断为目的的第一次介入检查完成之后立即进行介入治疗时，分别计算检查与治疗的费用。3.曾进行过介入检查已明确诊断，仅是作为介入治疗前进行的常规介入检查(第二次)及治疗后立即进		支架	该产品与输送系统配合使用，经送放器送入预期治疗部位后释放以修复血管病变。用于主动脉夹层动脉瘤（B型）和主动脉真性或假性动脉瘤介入治疗。	产品由作为支撑物的金属支架和作为覆盖物的人工血管两部分构成。支撑架、边缘架、固定弹簧、连接丝（直丝）由镍钛形状记忆合金丝制成，人工血管由涤纶复合材料制成，带有铂金标记环。形状包括为直形和锥形。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。货架有效期三年。	通过			第12批

11319	C02070407200002083850000019	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-J-1.8/1.2-550	ZS2-I-J-1.8/1.2-550	国械注准20183141712	丙类	072-输液港类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用	通过			第12批

11320	C02070407200003083850000003	ZS2系列植入式给药装置	ZS2-I-Q-1.1/0.7-1000	ZS2-I-Q-1.1/0.7-1000	国械注准20183141712	丙类	072-输液港类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	该产品是一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可以用于抽取血液和输血。	该产品按使用部位，分为动脉、静脉、腔内及脊柱内四种，由港体（包括港座、注射件、储液腔、连接管）导管锁（含钛环）、导管和选用器械或附件组成。选用器械或附件可根据临床需要选择配置。包括：插管导引(血管勾)、一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用	通过			第12批

11321	C160309026000000010600000102	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针	FZ0717	FZ0717	国械注准20243141181	丙类	026-穿刺器类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽血。	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针由针管、底座、针柄、防针刺保护装置、软管、止流夹、连接座（两通）、Y型连接件、肝素帽和针管护套组成。产品由不锈钢0Cr18Ni9、聚丙烯(PP)、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚甲醛树脂（POM）、共聚聚酯、聚异戊二烯、聚乙烯（PE）制	通过			第12批

11322	C160309026000000010600000116	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针	FZ0715	FZ0715	国械注准20243141181	丙类	026-穿刺器类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽血。	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针由针管、底座、针柄、防针刺保护装置、软管、止流夹、连接座（两通）、Y型连接件、肝素帽和针管护套组成。产品由不锈钢0Cr18Ni9、聚丙烯(PP)、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚甲醛树脂（POM）、共聚聚酯、聚异戊二烯、聚乙烯（PE）制	通过			第12批

11323	C160309026000000010600000117	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针	FZ0920	FZ0920	国械注准20243141181	丙类	026-穿刺器类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽血。	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针由针管、底座、针柄、防针刺保护装置、软管、止流夹、连接座（两通）、Y型连接件、肝素帽和针管护套组成。产品由不锈钢0Cr18Ni9、聚丙烯(PP)、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚甲醛树脂（POM）、共聚聚酯、聚异戊二烯、聚乙烯（PE）制	通过			第12批

11324	C160309026000000010600000128	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针	FZ0917	FZ0917	国械注准20243141181	丙类	026-穿刺器类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽血。	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针由针管、底座、针柄、防针刺保护装置、软管、止流夹、连接座（两通）、Y型连接件、肝素帽和针管护套组成。产品由不锈钢0Cr18Ni9、聚丙烯(PP)、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚甲醛树脂（POM）、共聚聚酯、聚异戊二烯、聚乙烯（PE）制	通过			第12批

11325	C160309026000000010600000138	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针	FZ0915	FZ0915	国械注准20243141181	丙类	026-穿刺器类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	本产品适用于通过植入式给药装置进行输液、给药以及抽血。	一次性使用防针刺植入式给药装置专用针由针管、底座、针柄、防针刺保护装置、软管、止流夹、连接座（两通）、Y型连接件、肝素帽和针管护套组成。产品由不锈钢0Cr18Ni9、聚丙烯(PP)、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚甲醛树脂（POM）、共聚聚酯、聚异戊二烯、聚乙烯（PE）制	通过			第12批

11326	C04081612300000010560000001	植入式给药装置及附件	85101	85101	国械注准20253141617	丙类	123-神经刺激材料类	否			是	320100013	植入式给药装置（输液港）置入术	消毒辅巾，麻醉，血管穿刺置管，皮肤切开，扩张皮下，造影摄片，留管接植入式输液港给药装置，肝素盐水封管，皮下包埋植入式输液港给药装置，皮肤缝合。人工报告。	植入式给药装置（输液港）	植入式给药装置（输液港）	该产品提供一种给药途径，适用于成人患者脊柱内给药。	植入式给药装置及附件由注射座（含注射弹性件）、导管、导管固定帽、固线器、导引导丝、穿刺针、 22G针头、钝针、牵引针、 10mL注射器组成。注射座材质为聚砜和钛合金，导管材质为聚氨酯，注射弹性件、固线器、导管固定帽由硅胶制成；导引导丝材质为不锈钢和PTFE，穿刺针、	通过			第12批
11327	C15010421202003037280000004	复合微孔多聚糖止血粉	3g/支	3g/支	国械注准20153140657	丙类	212-止血材料类	否			是	3308	8．心脏及血管系统手术		植物止血材料	植物止血材料	用于各种创伤和手术新鲜组织创面出血区止血。	复合微孔多聚糖止血粉是由淀粉多糖和羧甲基壳聚糖乳化交联共聚而成，是一种具有微孔结构的复合天然多糖	通过			第12批
11328	C15010421202003037280000008	复合微孔多聚糖止血粉	5g/支	5g/支	国械注准20153140657	丙类	212-止血材料类	否			是	3308	8．心脏及血管系统手术		植物止血材料	植物止血材料	用于各种创伤和手术新鲜组织创面出血区止血。	复合微孔多聚糖止血粉是由淀粉多糖和羧甲基壳聚糖乳化交联共聚而成，是一种具有微孔结构的复合天然多糖	通过			第12批

11329	C15010421202003037280000012	复合微孔多聚糖止血粉	7g/支	7g/支	国械注准20153140657	丙类	212-止血材料类	否			是	3308	8．心脏及血管系统手术		植物止血材料	植物止血材料	用于各种创伤和手术新鲜组织创面出血区止血。	复合微孔多聚糖止血粉是由淀粉多糖和羧甲基壳聚糖乳化交联共聚而成，是一种具有微孔结构的复合天然多糖	通过			第12批
11330	C15010421202003037280000016	复合微孔多聚糖止血粉	9g/支	9g/支	国械注准20153140657	丙类	212-止血材料类	否			是	3308	8．心脏及血管系统手术		植物止血材料	植物止血材料	用于各种创伤和手术新鲜组织创面出血区止血。	复合微孔多聚糖止血粉是由淀粉多糖和羧甲基壳聚糖乳化交联共聚而成，是一种具有微孔结构的复合天然多糖	通过			第12批
11331	C07121008101000148040000001	胶原蛋白海绵	Φ 9㎜×15 ㎜	A2	国械注准20253171105	丙类	081-修复材料类	否			是	310510007.30	口腔局部止血(填塞)		特殊填塞或止血材料	止血材料	本产品适用于口腔拔牙术后牙槽窝填充以止血，防止异物进入，起到物理屏障作用。	本产品是一种疏松多孔的海绵状材料，以牛跟腱中提取的I型胶原为原料，经冷冻干燥制备而成。该产品经过60Co-γ辐照灭菌，货架有效期为3年，无菌提供，仅供一次性	通过			第12批

11332	C07121008101000148040000014	胶原蛋白海绵	Φ 8-12㎜×15 ㎜	A2	国械注准20253171105	丙类	081-修复材料类	否			是	310510007.30	口腔局部止血(填塞)		特殊填塞或止血材料	止血材料	本产品适用于口腔拔牙术后牙槽窝填充以止血，防止异物进入，起到物理屏障作用。	本产品是一种疏松多孔的海绵状材料，以牛跟腱中提取的I型胶原为原料，经冷冻干燥制备而成。该产品经过60Co-γ辐照灭菌，货架有效期为3年，无菌提供，仅供一次性	通过			第12批
11333	C02070300401007001060000002	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501407001	501407001	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽	本产品由经外周中心静脉导管、连接冲洗器、支撑导丝组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。	通过			第12批
11334	C02070300401007001060000007	经外周穿刺的中心静脉导管及套件	501194501	501194501	国械注准20243030734	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	适用于短期（＜30天）或长期（≥30天）的经外周静脉置管进入中心静脉系统以建立静脉输注通道，进行静脉输液，输药，营养治疗和抽	本产品由经外周中心静脉导管、连接冲洗器、支撑导丝组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。	通过			第12批

11335	C02070500400003084380000031	经外周穿刺中线导管	MML606-05108	MML606-05108	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批

11336	C0207050040000308438000045	经外周穿刺中线导管	MML606-05110	MML606-05110	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批

11337	C02070500400003084380000052	经外周穿刺中线导管	MML606-05208	MML606-05208	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批

11338	C0207050040000308438000005 6	经外周穿刺中线导管	MML606-05106	MML606-05106	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批

11339	C02070500400003084380000067	经外周穿刺中线导管	MML606-05212	MML606-05212	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过				第12批

11340	C0207050040000308438000007 2	经外周穿刺中线导管	MML606-05210	MML606-05210	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批

11341	C02070500400003084380000082	经外周穿刺中线导管	MML606-05112	MML606-05112	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批

11342	C02070500400004084380000004	经外周穿刺中线导管	MML606-05116	MML606-05116	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批

11343	C02070500400004084380000009	经外周穿刺中线导管	MML606-04116	MML606-04116	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批

11344	C02070500400004084380000023	经外周穿刺中线导管	MML606-05114	MML606-05114	国械注准20243030271	甲类	004-导管类	否			是	ABD	4.静脉置管术		中心静脉套件、测压套件、导管、静脉导管固定敷贴、正压接头、预充式导管冲洗器	中心静脉套件	该产品适用于经外周穿刺建立30 天以内静脉通路，进行输液和静脉治疗。	该产品分为直型（含导丝组件和无导丝组件）和Y型。直型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、针管组件（针管、针座）、导丝组件（可选）、配置器械组成。Y型中线导管主要由导管组件（聚氨酯管体、导管座）、延长管、穿刺针、导丝、配置器械组成。配置	通过			第12批
11345	C02070300401003084380001305	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJ1-16-20	MMPCVCBJ1-16-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批

11346	C02070300401003084380001311	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJ2-40-13	MMPCVCBJ2-40-13	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11347	C02070300401003084380001344	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJ1-14-20	MMPCVCBJ1-14-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11348	C02070300401003084380001386	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJ2-70-20	MMPCVCBJ2-70-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11349	C02070300401003084380001418	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY2-50-13	MMPCVCBJY2-50-13	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批

11350	C02070300401003084380001443	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJ2-40-08	MMPCVCBJ2-40-08	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11351	C02070300401003084380001457	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY3-70-20	MMPCVCBJY3-70-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11352	C02070300401003084380001485	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY2-50-08	MMPCVCBJY2-50-08	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11353	C02070300401003084380001488	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY1-16-20	MMPCVCBJY1-16-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批

11354	C02070300401003084380001510	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY1-18-20	MMPCVCBJY1-18-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11355	C02070300401003084380001514	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJ3-70-20	MMPCVCBJ3-70-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11356	C02070300401003084380001539	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY3-55-08	MMPCVCBJY3-55-08	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11357	C02070300401003084380001548	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY3-55-13	MMPCVCBJY3-55-13	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批

11358	C02070300401003084380001576	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJ1-20-20	MMPCVCBJ1-20-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11359	C02070300401003084380001609	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY2-70-20	MMPCVCBJY2-70-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11360	C02070300401003084380001713	一次性使用含药中心静脉导管包	MMPCVCBJY1-14-20	MMPCVCBJY1-14-20	国械注准20173033288	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品适用于输液、输血、输药、采样、中心静脉压力监测。本品必须由经过培训的专业医生使用，留置人体作用时间不超过30	本品配置：含药中心静脉导管、导引导丝、扩张管、蝶形夹、穿刺针+蓝空针/Y形针、注射器、破皮刀、肝素帽、止流夹、无针	通过			第12批
11361	C02070300401003104950000087	一次性使用无菌中心静脉导管套件	8.5F，导管有效长度20cm	SCW-CVCP-3	国械注准20173034588	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量用。	本产品由中心静脉导管、穿刺针、导丝、扩张器、蝴蝶夹、肝素帽组成	通过			第12批
11362	C02070300401003104950000094	一次性使用无菌中心静脉导管套件	7F，导管有效长度30cm	SCW-CVCP-3	国械注准20173034588	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量用。	本产品由中心静脉导管、穿刺针、导丝、扩张器、蝴蝶夹、肝素帽组成	通过			第12批

11363	C10080600400004104950000060	一次性使用无菌中心静脉导管套件	12F，导管有效长度20cm	SCW-CVCP-3	国械注准20173034588	甲类	004-导管类	否			是	120400011	中心静脉穿刺置管术	包括深静脉穿刺置管术	中心静脉套件、测压套件、导管	中心静脉套件	本产品用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量用。	本产品由中心静脉导管、穿刺针、导丝、扩张器、蝴蝶夹、肝素帽组成	通过			第12批
11364	C07060114401002020840000090	定制式固定义齿	JMDY-GJ(钛合金激光选区熔化桩核)	JMDY-GJ(钛合金激光选区熔化桩核)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批
11365	C07060114401002020840000109	定制式固定义齿	JMDY-GI(钴铬合金激光选区熔化桩核)	JMDY-GI(钴铬激光选区熔化桩核)	渝械注准20192170225	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由激光选区熔化合金粉末、烤瓷粉、光固化复合树脂经激光选区熔化、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连接体和桥体组成	通过			第12批

11366	C07060114401002020840000124	定制式固定义齿	CQ-GD(钴铬合金桩核)	CQ-GD(金属合金桩核)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
11367	C07060114402002020840000036	定制式固定义齿	CQ-GG(全瓷桩核)	CQ-GG(切削全瓷桩核)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

11368	C07060114402002020840000049	定制式固定义齿	CQ-GG(切削全瓷桩核)	CQ-GG(切削全瓷桩核)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
11369	C07060114402002020840000052	定制式固定义齿	CQ-GD(合金桩核)	CQ-GD(金属合金桩核)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

11370	C07060114090020208400000018	定制式固定义齿	CQ-GC(金属合金桥)	CQ-GC(金属合金冠/桥)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批
11371	C07060114090020208400000052	定制式固定义齿	CQ-GD(合金桩核)	CQ-GD(金属合金桩核)	渝械注准20192170314	丙类	144-义齿材料类	否			是	310517	固定修复		各种特殊材料：冠、嵌体、桩核、根帽、贴面、桩冠、固定桥及特殊粘接材料和模型制备、特殊制作工艺	桩核	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。	定制式固定义齿由齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、齿科合金、瓷粉、瓷块、光固化复合树脂及其他按医疗器械管理的产品经铸造、切削、烧结、光固化等加工工艺生产而成，按结构可分为嵌体、贴面、桩核、冠、桥，其中桥由固位体、连	通过			第12批

11372	C07060114401002020840000038	定制式活动义齿	CQ-HF(切削金属基托全口义齿)	CQ-HF(切削金属基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11373	C07060114401002020840000049	定制式活动义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化基托全口义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11374	C07060114401002020840000148	定制式活动义齿	JMDY-HB钛合金激光熔化基托全口义齿	JMDY-HB钛合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11375	C07060114409002020840000006	定制式活动义齿	CQ-HF(切削金属基托全口义齿)	CQ-HF(切削金属基托全口义齿)	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11376	C07060114409002020840000064	定制式活动义齿	JMDY-HB钛合金激光熔化基托全口义齿	JMDY-HB钛合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11377	C07060114409002020840000065	定制式活动义齿	JMDY-HB钛合金激光基托全口义齿	JMDY-HB钛合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11378	C07060114409002020840000066	定制式活动义齿	JMDY-HB钛合金激光选区熔化全口义齿	JMDY-HB钛合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11379	C07060114409002020840000074	定制式活动义齿	JMDY-HD钴铬合金激光熔化基托全口义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11380	C07060114409002020840000075	定制式活动义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区基托全口义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批

11381	C07060114409002020840000077	定制式活动义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化全口义齿	JMDY-HD钴铬合金激光选区熔化基托全口义齿	渝械注准20192170313	丙类	144-义齿材料类	否			是	310518	可摘义齿修复		各种特殊材料：活动桥、个别托盘、义齿、咬合板、软衬、局部义齿、总义齿、特制暂基托、附着体和模型制备、印模及模型材料	总义齿	用于牙列缺损和牙列缺失的活动修复	定制式活动义齿由牙科用激光选区熔化钴铬合金粉、牙科激光选区熔化钛合金粉末、齿科合金、合成树脂牙、义齿基托树脂及弹性树脂经铸造、切削、激光选区熔化等加工工艺生产而成，按结构可分为可摘局部义齿、全口义齿。其中可摘局部义齿由固位体、连接体、人工牙和基托组成，全口	通过			第12批
11382	C09010703400000070730000014	一次性使用心内吸引头	（型号：弯型小号）弯型小号	弯型	苏械注准20162030708	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房	左房引流管	供心脏手术时吸引心包/心内液体用。	一次性使用心内吸引头由吸引头、固定接头、不锈钢管、连接手柄组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批

11383	C09010703400000070730000016	一次性使用心内吸引头	（型号：直型小号）直型小号	直型	苏械注准20162030708	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房	左房引流管	供心脏手术时吸引心包/心内液体用。	一次性使用心内吸引头由吸引头、固定接头、不锈钢管、连接手柄组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	通过			第12批
11384	C09010703400000070730000005	一次性使用左心引流管	大号	B型	国械注准20193100741	丙类	034-插管类	否			是	330100017	体外循环	含控制性降温和复温	人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管	左房引流管	供心血管手术中用于左心脏排气，吸引减压或减轻左心负荷，吸引心脏术野内血液等液体使用。	产品由吸引头、管体和接头组成，吸引头采用06Cr19Ni10材料制成;管体软管采用聚氯乙烯塑料(增塑剂为邻苯二甲酸(2-乙基)二己酯)制成，不锈钢丝采用06Cr19Ni10材料制成;接头采用聚碳酸酯专用料制成。产品采用环氧乙烷灭	通过			第12批